



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

SIENDO LAS **18 HORAS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2019**, EN LA SALA "A" DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 10, ALA NORTE, DEL EDIFICIO UBICADO EN ALTADENA NÚMERO 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL **C. CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES**, SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO" HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----

HECHOS

I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS EL LIC. **EDUARDO E. CASTILLO ARROYO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS; EL **C. CARLOS A. SAN JUAN SOLARES**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y LA **C. SONIA DELGADO MIRANDA**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS; POR PARTE DEL ÁREA REQUERENTE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, EL LIC. **RAFAEL DE VILLA ARPÓN**, REPRESENTANTE; POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, EL ING. **JUAN MERCADILLO AGUILAR**, SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA E INSUMOS; EL T.R. **MOISÉS GONZÁLEZ MARTÍNEZ**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, REPRESENTANTE; POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA, EL LIC. **MISAEEL IVAN SALAZAR DE SANTIAGO**, REPRESENTANTE; POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL, EL ING. **ALEJANDRO G. MORENO CORONADO**, REPRESENTANTE Y POR PARTE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN ESTA SECRETARÍA DE SALUD LA C.P. **ERIKA CARBAJAL CANO**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO "A". -----

II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES: **VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S. A. DE C. V.**, REPRESENTADA POR ALEJANDRO MONJARAZ GÓMEZ; **HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT., **SUMINISTROS Y DESECHABLES SKKYD, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO JIMÉNEZ PAOLETTI; **INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S. A. DE C. V.**, REPRESENTADA POR MARÍA GUADALUPE FAJARDO HERRERA; **ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR CARLOS LÓPEZ DZIB; **MACVP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR ANTONIO CARLOS MACIAS VALADEZ PÉREZ; **EXFARMA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR **ANA LAURA DOMÍNGUEZ PEÑA** Y **CASA MARZAN, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR ELIZABETH SALCEDO VELÁZQUEZ.-----

III. **PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:**-----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

1.- NUMERAL 10.1 RECHAZO DE LOS BIENES. SE PRECISA: DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO JUNTO CON LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, PROCEDERÁ A RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR QUE SE ENCUENTREN VISIBLEMENTE DEFECTUOSOS O INCOMPLETOS O CUANDO SE COMPRUEBE LA EXISTENCIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O MALA CALIDAD EN LOS MISMOS, ASÍ MISMO CUANDO LOS INSUMOS ENTREGADOS NO CORRESPONDAN CON LOS OFERTADOS (COTEJADOS CON LA BASE DE DATOS ENTREGADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO), CONFORME A LO DESCRITO EN ESTAS BASES Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR EL LICITANTE. -----

2.- NUMERAL 4.1 MUESTRAS. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ENTREGAR MUESTRA FÍSICA DE CADA PARTIDA (POR FAMILIA CUANDO APLIQUE) SEÑALADA EN EL ANEXO 1, ETIQUETADAS PARA SU IDENTIFICACIÓN CONFORME A LAS CLAVES CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL **ANEXO 1**, UN DÍA ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, EN EL 3° PISO ALA NORTE DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE ALTADENA No.23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO **DE 8:00 A 16:00HRS.**

LAS MUESTRAS SE DEBERÁN ENTREGAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS **ANEXOS 1 Y 1.1** DE ESTAS BASES Y OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. IDENTIFICADAS INDIVIDUALMENTE, MEDIANTE UNA ETIQUETA NO DESPRENDIBLE, CON LA DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL BIEN.
2. DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE ALTADENA NO. 23, NOVENO PISO, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03810.
3. NÚMERO, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
4. NÚMERO, NOMBRE DE LA PARTIDA AL QUE CORRESPONDE
5. CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
6. RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y TELÉFONO DEL PARTICIPANTE QUE ENTREGA LA MUESTRA.
7. SE RECIBIRÁN SIN LOGOTIPO DE LA CONVOCANTE.
8. LAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DEBERÁN ENCONTRARSE ADHERIDAS DE TAL FORMA QUE ASEGUREN QUE SE CONSERVARÁN DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO, ESTAS NO CONTENDRÁN TACHADURAS O ENMENDADURAS Y NO DEBERÁN CUBRIR EL MARBETE ORIGINAL DEL BIEN, NI ESTAR SOBREPUESTAS A ETIQUETAS DE OTRO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN O INVITACIÓN.



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

- 9. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR LA RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CUYA MUESTRA ENTREGAN, MEDIANTE ESCRITO EN ORIGINAL Y COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE, EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE, EL CUAL SERÁ FIRMADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS AL RECIBIR LAS MUESTRAS. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ INCLUIRSE DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
- 10. INDICAR CLAVE SAICA DE CADA PRODUCTO DE ACUERDO AL ANEXO 1.

LA FALTA DE ENTREGA DE LA MUESTRA SOLICITADA DE ALGUNA DE LAS PARTIDAS, SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO EN LA MISMA.

LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES TENDRÁN CARÁCTER NO DEVOLUTIVO

CABE SEÑALAR QUE SE ELIMINA EL ANEXO 2 "LISTA DE BIENES DE LOS CUALES SE DEBERÁ ENTREGAR MUESTRA FÍSICA" Y EL NUMERAL 10 DEL ANEXO 1.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

3. SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA BAJO DE PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CLARAS Y PRECISAS Y EN SU CASO LAS NORMAS QUE APLIQUEN DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4 DEL ANEXO 1.1. DE LAS PRESENTES BASES.

4.- LAS PARTIDAS DEL ANEXO 1 SE DEBERÁN DE ENUMERAR DEL NUMERO 1... AL N.

IV. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 43 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", 41 FRACCIÓN I DE SU "REGLAMENTO" Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE. LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, DA RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.

VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN, ¿ES CORRECTO ENGLOBAR LAS PARTIDAS QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN EN LAS COTIZACIONES CALCULANDO EL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL POR PROVEEDOR SIEMPRE Y CUANDO EL PORCENTAJE MÍNIMO SEA DEL 50%?

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LA PRECISIÓN NUMERO 3 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACION POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEBE APLICARSE A CADA PARTIDA.



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 2.- 2.4 LUGARES Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE LOS BIENES. PÁRRAFO 2, PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS, ¿LA RELACIÓN ELECTRÓNICA EN EXCEL REQUIERE LOTE Y CADUCIDAD DE ORIGEN GRABADOS POR EL FABRICANTE ADICIONAL A LA INFORMACIÓN INDICADA EN EL ANEXO 1?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE SOLICITA SE AÑADA LA INFORMACION RESPECTIVA EN LA BASE DE DATOS -----

PREGUNTA 3.- 2.4 LUGARES Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE LOS BIENES. PÁRRAFO 7, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ETIQUETADO SE REQUIERE A NIVEL DE ENVASE COLECTIVO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE INSUMOS POR PIEZA, ESTOS DEBERAN SER IDENTIFICADOS CON ETIQUETAS INDIVIDUALES -----

PREGUNTA 4.- 3.2 DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. PÁRRAFO 1, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FIANZA PARA GARANTIZAR LA PROPUESTA SE REFIERE AL 5% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES DECIR, SOBRE LOS 70.2 MDP EL MONTO DE LA FIANZA SERÍA DE \$3'510,000.00? -----

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 2 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.-----

PREGUNTA 5.- 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO F, ¿ES CORRECTO PRESENTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN CASO DE SUBARRENDAR BIENES Y SERVICIOS? -----

RESPUESTA: EN CASO DE QUE EL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE CORRESPONDA A UN INMUEBLE ARRENDADO DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO O SE OCUPE MEDIANTE COMODATO, Y QUE POR TAL MOTIVO NO LE SEA APLICABLE ALGUNA DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 3 CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ DEBERÁ MANIFESTARLO EN DICHO ANEXO. ASIMISMO, EN EL ANEXO 4, DEBERÁ SEÑALAR LA CAUSA POR LA QUE DICHAS CONTRIBUCIONES NO LE SON APLICABLES. ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CONTRATO O CONTRATOS RESPECTIVOS VIGENTES. -----

PREGUNTA 6.- 4.4.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO B, ¿ES CORRECTO QUE SE DÉ POR SOLVENTADO EL INCISO F DEL PRESENTE NUMERAL CON UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MENCIONANDO LA RAZÓN Y LOS CONTRATOS SEGÚN EL CONCEPTO FISCAL? -----

RESPUESTA: CUANDO NO LE SEA APLICABLE ALGUNA DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 3 CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ DEBERÁ -----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

MANIFESTARLO EN DICHO ANEXO. ASIMISMO, EN EL ANEXO 4, DEBERÁ SEÑALAR LA CAUSA POR LA QUE DICHAS CONTRIBUCIONES NO LE SON APLICABLES. ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CONTRATO O CONTRATOS RESPECTIVOS VIGENTES.

PREGUNTA 7.- 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO F, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR DE MANERA INDISTINTA CARTA DE APOYO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA.

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA.

PREGUNTA 8. 5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁN PÁRRAFO 5, DE MANERA RESPETUOSA, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE MODIFIQUE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN POR CLAVE Y NO POR LOTE, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR DICHO PROCESO.

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 3 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 9.- ANEXO 1.1 ANEXO TÉCNICO MATERIAL DE CURACIÓN, 7. TECNOVIGILANCIA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL INGRESO DEL TRÁMITE ANTE COFEPRIS DEL CAMBIO DE RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA DEBIDO A QUE AL MOMENTO NO HEMOS TENIDO RESPUESTA.

RESPUESTA: PODRA PRESENTAR EL ACUSE DE INGRESO DE TRAMITE ANTE COFEPRIS CON FECHA ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES.

PREGUNTA 10.- ANEXO 1 LOTE 2, 3, 5. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL YA QUE LOS MATERIALES INCLUIDOS EN ESTE LOTE SON EN SU MAYORÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO.

RESPUESTA: SE ACEPTARAN PARTIDAS CON 0% GRADO DE CONTENIDO INTEGRACIÓN NACIONAL.

PREGUNTA 11.- ANEXO 1 LOTE 1 PARTIDA 269,270,271,272. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME EL MODELO DE LA BOMBA Y LAS CARATERÍSTICAS DE LAS MISMAS CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE DANDO EL SERVICIO PARA PODER COTIZAR DE MANERA CORRECTA LO SOLICITADO.

RESPUESTA: EL MODELO DE LOS EQUIPOS SON COLEAGE, DE LA MARCA BAXTER DE 1 Y 3 CANALES.



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 12.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 2. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM)." YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 13.- ANEXO 1, LOTE 6 No. 37. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25 - 26 MM)." YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 14.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 38. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM)." YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 15.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 43. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, 3/8 DE CÍRCULO REVERSO CORTANTE (24 MM)." YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 16.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 44. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 CM.



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, 3/8 DE CÍRCULO REVERSO CORTANTE (24 MM)." YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 17.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 45. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 1-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM) " YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 18.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 46. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CÍRCULO, AHUSADA FINA (17 MM)." YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 19.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 47. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (19 - 19.5 MM)." YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 20.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 48. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25 - 26 MM). "YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. -----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 21.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 58. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES. POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 6-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/4 CÍRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6 - 8.73 MM)." YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 22.- ANEXO 1 LOTE 6 No. 59. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES POLÍMEROS DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 7-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6 - 6.5 MM). "YA QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN BASES SE ENCUENTRA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 23.- ANEXO 1, LOTE 3, PARTIDA 25, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "APÓSITO DE POLIURETANO ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO RETICULADO CON POROSIDAD DE 200-600 MICRAS HIDROFÓBICO, DE 20 X 12.5 X 3 CM DE ESPESOR, CON 2 PELÍCULAS TRANSELLO TAMAÑO: 10" X 14" W/10" X 13", TUBO SPEED CONECT, REGLA DE PLÁSTICO PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA, DESECHABLE Y ESTERIL PRESENTACIÓN: KIT" ENTREGAR LA ESPONJA SIN PLATA YA QUE NO HAY NINGÚN SOPORTE CIENTÍFICO QUE DEMUESTRE QUE EL MANEJO DE LAS HERIDAS ES MEJOR CON PLATA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 24.- ANEXO 1, LOTE 3, PARTIDA 32. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "APÓSITO DE POLIURETANO ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO RETICULADO CON POROSIDAD DE 200-600 MICRAS HIDROFÓBICO, DE 25 X 15 X 3 CM DE ESPESOR, CON 2 PELÍCULAS TRANSELLO TAMAÑO: 10" X 14" W/10" X 13", TUBO SPEED CONECT, REGLA DE PLÁSTICO PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA, DESECHABLE Y ESTERIL PRESENTACIÓN: KIT." YA QUE NO HAY NINGÚN SOPORTE CIENTÍFICO QUE DEMUESTRE QUE EL MANEJO DE LAS HERIDAS ES MEJOR CON PLATA.



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 25.- ANEXO 1, LOTE 3, PARTIDAS 38. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "APOSITO DE POLIURETANO ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO RETICULADO CON POROSIDAD DE 200-600 MICRAS HIDROFÓBICO, DE 10 X 8 X 3 CM DE ESPESOR, CON 2 PELÍCULAS TRANSELLO TAMAÑO: 10" X 14" W/10" X 13", TUBO SPEED CONECT, REGLA DE PLÁSTICO PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA, DESECHABLE Y ESTERIL PRESENTACIÓN: KIT." YA QUE NO HAY NINGÚN SOPORTE CIENTÍFICO QUE DEMUESTRE QUE EL MANEJO DE LAS HERIDAS ES MEJOR CON PLATA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 26.- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 275. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "APÓSITO BLANCO ESTERILIZADO CON POROSIDAD DE 200-600 MICRONES HIDROFÍLICA, DE 9.5 X 9.5 X 0.05 CM DE ESPESOR, DESECHABLE Y ESTERIL CONTENIDO 2 PZAS. PRESENTACIÓN: PIEZA." LA BOLSA CONTIENE DOS ESPONJAS DE 10 X 10 POR LO QUE CUBRE LA SUPERFICIE QUE NECESITAN.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 27.- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 276. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "APÓSITO BLANCO ESTERILIZADO CON POROSIDAD DE 200-600 MICRONES HIDROFÍLICA, DE 9.5 X 9.5 X 0.05 CM DE ESPESOR, DESECHABLE Y ESTERIL CONTENIDO 2 PZAS. PRESENTACIÓN: PIEZA." LA BOLSA CONTIENE DOS ESPONJAS DE 10 X 10 POR LO QUE CUBRE LA SUPERFICIE QUE NECESITAN.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 28.- ANEXO 1, LOTE 2, PARTIDA 95. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE PRECENTACION "ENVASE CON 10 GRAMOS" YA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA NO SE ENCUENTRA EN FABRICACIÓN.

RESPUESTA: SE ACEPTA, EN EL MERCADO SOLO EXISTE PRESENTACIÓN "ENVASE CON 20 GRS.", POR LO CUAL SE DEBE OFERTAR ENVASE CON 10 GRS.

PREGUNTA 29.- ANEXO 1, LOTE 2, PARTIDA 96. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE PRECENTACION "ENVASE CON 30 GRAMOS" YA QUE LA



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA NO SE ENCUENTRA EN FABRICACION.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE DEBE OFERTAR LA PRESENTACIÓN DE 200 GRS.-----

PREGUNTA 30.- ANEXO 1, LOTE 2, PARTIDA 100. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE PRESENTACION "ENVASE CON 120 PIEZAS" YA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA NO SE ENCUENTRA EN FABRICACION.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE DEBE OFERTAR LA PRESENTACIÓN CON 200 PIEZAS.-----

PREGUNTA 31.- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDAS 232, 233, 234, 235, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE HAGA UNA REVISIÓN AL PRESUPUESTO Y/O EN SU CASO A LAS CANTIDADES DE LAS SIGUIENTES PARTIDA, YA QUE EL IMPORTE TOTAL DE LAS CUATRO PARTIDAS MENCIONADAS REPRESENTARÍA UN GRAN PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA LICITACIÓN.-----

RESPUESTA: SE SUSCRIBIRÁN CONTRATOS ABIERTOS CON MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS A EJERCER CUIDANDO QUE NO EXCEDA EL MONTO AUTORIZADO. -----

SUMINISTROS Y DESECHABLES SKKYD, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 4. ROPA DESECHABLE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLAREN SI LA DESCRIPCION DE LA CLAVE SAICA A LA QUE DEBEREMOS APEGARNOS ES LA QUE APARECE EN LA GACETA, YA QUE NO COINCIDE CON LAS EXPUESTAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: LA DESCRIPCION A LA QUE SE DEBERÁ APEGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SON LAS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO I DE LAS PRESENTES BASES -----

PREGUNTA 2.- 4.1 MUESTRAS. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA POR CADA PARTIDA QUE SE SEÑALA EN EL ANEXO 2, ETIQUETADAS PARA SU IDENTIFICACION CONFORME A LAS CLAVES CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, LOTE 4 ROPA DESECHABLE, ¿ESTÁN SOLICITANDO MUESTRAS DE ESTE LOTE? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE AUTORICE PRESENTAR MUESTRAS DEL LOTE COMPLETO. -----

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 2 POR PARTE DE LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 3.- 4.4 DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO G. CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD

Handwritten signatures and marks in blue ink are scattered throughout the page, including a large star-like mark on the left, a vertical line on the right, and various scribbles at the bottom.



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

A
2

DE MÉXICO, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NUESTRO PADRÓN DE PROVEEDORES SE ENCUENTRA EN TRAMITE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON EL ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN PUBLICADA EL 28 DE JUNIO DE 2018, ESTABLECE QUE DICHA CONSTANCIA ES EXIGIBLE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES Y POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

X

2

PREGUNTA 4.- 8. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME CUAL SERÁ EL TIEMPO DE ENTREGA Y FECHA APROXIMADA PARA LA PRIMERA ENTREGA ASI COMO PORCENTAJE DE PRODUCTO QUE REQUIEREN PARA LA MISMA.

RESPUESTA: CONFORME AL TIEMPO DE ENTREGA SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 1 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, LA SOLICITUD DE LOS BIENES AL PROVEEDOR O PROVEEDORES ADJUDICADOS POR PARTE DEL ALMACÉN CENTRAL SERÁ DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA.

PREGUNTA 5.- 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO F. "CONSTANCIA DE ADEUDOS", EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3, PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE: ENTENDEMOS QUE ESTAS CONSTANCIAS SOLO APLICA PARA LOS PROVEEDORES QUE TIENEN SUS INSTALACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

PREGUNTA 6.- 4.2 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS, INCISO A), LA CONVOCANTE MENCIONA, DIRIGIDAS A "LA CONVOCANTE", EN ATENCIÓN AL LIC. JESUS A. GARRIDO ORTIGOSA, TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIN EMBARGO EN LOS ANEXOS SE MENCIONA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SOLICITAMOS NOS ACLAREN COMO SE DIRIGIRÁ ESTA INFORMACIÓN.

RESPUESTA: LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER DIRIGIDAS AL LIC. JESUS A. GARRIDO ORTIGOSA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A
A
A
A



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

A
J

INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S. A. DE C. V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- 2.2 GRADO DE INTEGRACION, LA MAYORIA DE LOS BIENES SOLICITADOS, SON DE FABRICACION EXTRANJERA, POR LO QUE NO SE PUEDE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, EN LA INTEGRACION NACIONAL, POR LO ANTERIOR: ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR PROPUESTAS CON BIENES DE FABRICACION EXTRANJERA, SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTARAN PARTIDAS CON 0% GRADO DE CONTENIDO INTEGRACIÓN NACIONAL. -----

PREGUNTA 2.- 2.2 GRADO DE INTEGRACION, DEBEMOS DE ENTENDER QUE, DE NO CUMPLIRSE EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, SE REALIZARA UNA CONVOCATORIA DE CARÁCTER INTERNACIONAL. ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: NO, YA QUE SE ACEPTARAN PARTIDAS CON 0% GRADO DE CONTENIDO INTEGRACIÓN NACIONAL. -----

PREGUNTA 3.- 4.5.2. PROPUESTA ECONÓMICA. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE CONFIRME QUE LA ADJUDICACION SERA POR LOTE? -----

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 3 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 4.- 4.5.2. PROPUESTA ECONÓMICA. EN EL CASO DE REALIZAR LA ADQUISICION, POR LOTE, LIMITA A QUE SOLAMENTE PARTICIPEN EMPRESAS, QUE NO SON FABRICANTES, NI IMPORTADORES PRIMARIOS, NI DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS, CON LO CUAL EL PRECIO DE LA OFERTA, SUFRE DE INCREMENTOS CONSIDERABLES, ASÍ COMO LA DEPENDENCIA DE TERCEROS, PARA CUMPLIR DE FORMA PUNTUAL Y APEGADO A LAS DESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS, POR LO QUE: ¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA, ¿A LA COVOCANTE, ¿SE PERMITA PRESENTAR PROPUESTA POR PARTIDA, EN LUGAR DE QUE SEA POR LOTE? -----

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 3 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 5.- 5.3 CRITERIOS DE EVALUACION QUE SE APLICARAN, AL SER LA ADJUDICACION POR LOTE, DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL 100% DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL LOTE DEBERAN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS. ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 3 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES POR PARTE DE LA CONVOCANTE Y CADA PARTIDA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS -----

X

J

b

l

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 6.- LOTE 1. MEDICO QUIRÚRGICAS, PARTIDA 320. DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBE DE CUMPLIR ESTRICTAMENTE, CON LA DESCRIPCIÓN: INJERTO REGENERADOR DE LA DURAMADRE, MATRIZ PARA REGENERACION DE DURAMADRE COMPUESTA DE COLAGENO DE BOVINO TIPO I, ULTRA PURO, CON POROSIDAD DE 50 A 150 MICRONES, MEDIDA DE 2.5 X 2.5 CM. ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 7.- LOTE 1, MEDICO QUIRÚRGICAS, PARTIDA 321. DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBE DE CUMPLIR ESTRICTAMENTE, CON LA DESCRIPCION: INJERTO REGENERADOR DE LA DURAMADRE, MATRIZ PARA REGENERACION DE DURAMADRE COMPUESTA DE COLAGENO DE BOVINO TIPO I, ULTRA PURO, CON POROSIDAD DE 50 A 150 MICRONES, MEDIDA DE 2.5 X 7.5 CM. ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 8.- LOTE 1, MEDICO QUIRÚRGICAS, PARTIDA 322. DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBE DE CUMPLIR ESTRICTAMENTE, CON LA DESCRIPCION: INJERTO REGENERADOR DE LA DURAMADRE, MATRIZ PARA REGENERACION DE DURAMADRE COMPUESTA DE COLAGENO DE BOVINO TIPO I, ULTRA PURO, CON POROSIDAD DE 50 A 150 MICRONES, MEDIDA DE 5 X 5 CM. ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 9.- LOTE 1.- MEDICO QUIRURGICAS PARTIDA 323, DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBE DE CUMPLIR ESTRICTAMENTE, CON LA DESCRIPCION: INJERTO REGENERADOR DE LA DURAMADRE, MATRIZ PARA REGENERACION DE DURAMADRE COMPUESTA DE COLAGENO DE BOVINO TIPO I, ULTRA PURO, CON POROSIDAD DE 50 A 150 MICRONES, MEDIDA DE 7.5 X 7.5 CM. ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 10.- LOTE 1, MEDICO QUIRÚRGICAS PARTIDA 324. DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBE DE CUMPLIR ESTRICTAMENTE, CON LA DESCRIPCION: INJERTO REGENERADOR DE LA DURAMADRE, MATRIZ PARA REGENERACION DE DURAMADRE COMPUESTA DE COLAGENO DE BOVINO TIPO I, ULTRA PURO, CON POROSIDAD DE 50 A 150 MICRONES, MEDIDA DE 10 X 12.5 CM. ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 11.- LOTE 1, MEDICO QUIRÚRGICAS PARTIDA 325. DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBE DE CUMPLIR ESTRICTAMENTE, CON LA DESCRIPCION: SUSTITUTO DE PIEL CONFORMADO POR UNA MATRIZ DE DOBLE CAPA: UNA CAPA EXTERNA DE POLISILOXANO Y UNA CAPA



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

INTERNA DE COLÁGENO DE BOVINO Y GLICOAMINOGLICANOS. ESTÉRIL. TAMAÑO: 10 X 25 CM.
¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 12.- LOTE 1, MEDICO QUIRÚRGICAS PARTIDA 326. DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBE DE CUMPLIR ESTRICTAMENTE, CON LA DESCRIPCION: SUSTITUTO DE PIEL CONFORMADO POR UNA MATRIZ DE DOBLE CAPA: UNA CAPA EXTERNA DE POLISILOXANO Y UNA CAPA INTERNA DE COLÁGENO DE BOVINO Y GLICOAMINOGLICANOS. ESTÉRIL. TAMAÑO: 20 X 25 CM.
¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

HI-TEC MEDICAL, S. A. DE C. V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA LETRA E. PRIMER PARRAFO SOLICITAN REGISTROS SANITARIOS CON TODOS SUS ANEXOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA ULTIMA MODIFICACION DEL REGISTRO SANITARIO Y CONSIDERAR QUE LA COFEPRIS EN SU OFICIO N° CAS/2/OR/106/2012 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2012 INFORMA QUE LOS REGISTROS SANITARIOS NUEVOS, MODIFICADOS O PRORROGADOS NO INCLUYEN LOS PROYECTOS DE MARBETE.-----

RESPUESTA: SE DEBERÁ PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES. -----

PREGUNTA 2.- 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, EN LA LETRA E. SEGUNDO PARRAFO DICE: EN CASO DE **MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO VIGENTE**, DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE DICHO TRÁMITE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CORROBORE QUE EL CAMBIO DE VIGENCIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS, NO SE CONSIDERA COMO MODIFICACION A LAS CONDICIONES DEL MISMO.-----

RESPUESTA: SE DEBERÁ PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES.-----

PREGUNTA 3.- 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA LETRA E. SEGUNDO PARRAFO EN EL CASO DE QUE LOS BIENES NO REQUIERAN DEL REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTARSE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE **OFICIO EXPEDIDO POR COFEPRIS, EN DONDE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN NO LO REQUIERE**, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON LA CERTIFICACION MENCIONADA Y ANTE LA PRONTITUD DE LA PROPUESTA RESPECTIVA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE COPIA DEL OFICIO EXPEDIDO POR COFEPRIS, EN DONDE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO O COPIA DEL DOF DEL 22/12/2014, ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE OFICIO EXPEDIDO POR COFEPRIS, EN DONDE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN NO LO REQUIERE -----

PREGUNTA 4.- ANEXO 1 LOTE 1, MEDICO QUIRÚRGICAS PARTIDA 318 INJERTO BIOLÓGICO MALLA LIOFIZADA PARA QUEMADURAS ESTÉRIL. TAMAÑO 7X20 CM, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "INJERTO BIOLÓGICO MALLA LIOFIZADA PARA QUEMADURAS ESTÉRIL. TAMAÑO 8X30 CM. RECORTABLE -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 5.- 4.5.1 PROPUESTA TECNICA EN LA LETRA E. SEGUNDO PARRAFO DICE EN CASO DE MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO VIGENTE, DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE DICHO TRÁMITE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA COTIZAR MEDIDA 8X30 RECORTABLE. -----

RESPUESTA: LA CONVOCANTE NO PUEDE DAR RESPUESTA A LA PREGUNTA PLANTEADA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE CON EL NUMERAL CITADO DE LAS BASES -----

PREGUNTA 6.- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 62. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA PARA UROSTOMIA 375 ML., DE 1 PIEZA, TRANSPARENTE, PARA ENSABLE DE 70 MM., CON TELA NO TEJIDA DE POLIESTER EN CARA POSTERIOR, CON VALVULA ANTIREFLUJO QUE EVITA FUGAS Y PERMITE SALIDAS DE ORINA.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LA CONVOCANTE SOLICITA DOS PIEZAS, EL LICITANTE OFERTA UNA PIEZA.-----

PREGUNTA 7.- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 67. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, BOLSA PARA COLOSTOMIA E ILESOSTOMIA PEDIATRICA, ABIERTA, TRANSPARENTE, CORRUGADA, CON TELA NO TEJIDA DE POLIESTER EN CARA INTERNA, CON BARRERA PROTECTORA QUE COMBINA POLISOBUTILENO, ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, ADHERENTES, CABOXIMETIL CELULOSA SODICA E HIDROCOLOIDES, REDONDA, PLANA, FLEXIBLE, RECORTABLE DE 10 MM HASTA 51 MM., CON SISTEMA DE CIERRE ADHERIBLE MICROSEAL.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, CONDICIONADO A LA ACEPTACIÓN O RECHAZO, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.-----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 8.- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 68. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE ORINA, RECTANGULARES, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO CON GRADUCACIONES CADA DE LECTURA CADA 200 ML., SISTEMA CERRADO, CAPACIDAD 2000 ML.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, CONDICIONADO A LA ACEPTACIÓN O RECHAO, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.-----

PREGUNTA 9.- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 80. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA, TAMAÑO NEONATAL, AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE TRANSPARENTE A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 21.5 X 8.6 CMS., CON PINZAS DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO, CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 38 MM., LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, CONDICIONADO A LA ACEPTACIÓN O RECHAZO, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.-----

PREGUNTA 10.- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 225. ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLICITA DISPOSITIVO DE FIJACION PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN FTAD (SONDAS NASOENTERAL DE 5 A 18 FR) DE BARRERA FLEXWEAR CON CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, GELATINA Y PECTINA CON DORSO DE COLOR BEIGE, PINZA DE SEGURIDAD DE PENDULO QUE GIRA 360° QUE NO ENROSCA U OBSTRUYE EL TUBO DE DRENAJE, GIRATORIA PARA PASAJE NASAL DERECHO O IZQUIERDO, ESTERIL. LIBRE DE LATEX CON SUJECCIÓN EN PUNTO DE SALIDA A DISTANCIA Y PETULANTE EN FORMA DE MARIPOSA ERGONÓMICA AL DORSO DE LA NARIZ.-----

RESPUESTA- ES CORRECTO.-----

PREGUNTA 11- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 227. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA TUBOS DE DRENAJE (HTAD), PARA SONDAS O CATETERES VERTICALES DE 10 A 24 FR. CON BARRERRA CUTANEA HIDROCOLOIDE FLEXWEAR CROSS-LINKED CON DORSO ELASTAFLEX DE HULE ESPUMA Y MARCO ADHESIVO DE MICROPOROSO, MECANISMO DE ABRAZADERA REGULABLE QUE SUJETA LA CINTA DENTADA QUE ENVUELV Y ASEGURA EL TUBO DE DRENAJE, SONDA O CATETER VERTICAL. EVITA EL ENPLEO DE SUTURAS CUTANEAS Y FUGAS DE LIQUIDOS CORPORALES, LIBRE DE LATEX, CON SUJECCIÓN EN PUNTA DE SALIDA O A DISTANCIA.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LA CONVOCANTE SOLICITA DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA TUBOS O CATETER HORIZONTAL Y EL LICITANTE OFERTA VERTICAL.-----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 12- ANEXO 1, LOTE 1 PARTIDA 358. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BARRERA PROTECTORA CON ARO DE ENSAMBLE FLOTANTE, QUE COMBINA POLIISOBUTELINO , ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO, ADHERENTES, CARBOXIMETIL CELULOSA SODICA E HIDROCOLOIDES, REDONDA MAS GRUESA EN EL CENTRO, PLANA RECIRTABLE DE 10-55 MM CON ARO DE ENSAMBLE DE 70MM.

RESPUESTA: SE ACEPTA, CONDICIONADO A LA ACEPTACIÓN O RECHAZO, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA 13.- ANEXO 1 LOTE 1 PARTIDA 359. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BARRERA PROTECTORA CON ARO DE ENSAMBLE FLOTANTE, QUE COMBINA POLIISOBUTELINO, ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO, ADHERENTES, CARBOXIMETIL CELULOSA SODICA E HIDROCOLOIDES, REDONDA MAS GRUESA EN EL CENTRO CONVEXA LIGERA DE 5MM RECORTABLE DE 15-43 MM CON ARO DE ENSAMBLE DE 70MM CON AROS PARA SUJECIÓN DE CINTURA.

RESPUESTA: RESPUESTA: SE ACEPTA, CONDICIONADO A LA ACEPTACIÓN O RECHAZO, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA 14- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 381. ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLICITA GEL AMORFO Y VISCOSO QUE PROMUEVE EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y CONTIENE AGUA, GLICERINA Y ACIDO HIALURONICO NO ESTERIL, TUBO CON 89 ML.

RESPUESTA: ES CORRECTO.

PREGUNTA 15- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 390. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR POLVO PARA OSTOMIA DE 28.3 GR.

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA 16- ANEXO 1, LOTE 1, PARTIDA 391. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ASTA EN TIRAS DE HIDROCOLOIDE SIN ALCOHOL PARA NIVELAR Y PROTEGER LA PIEL PERIESTOMAL DE 60 GR.

RESPUESTA: NO DSE ACEPTA, LA CONVOCANTE REQUIERE PRESENTACIÓN DE 6 GRAMOS, EL LICITANTE OFERTA DE 60 GRAMOS.

PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S. A. DE C. V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

A

PREGUNTA 1.- SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI PODEMOS COTIZAR PRODUCTOS INTERNACIONALES PORQUE MENCIONA QUE ES UNA LICITACION PUBLICA NACIONAL? FAVOR DE ACLARAR -----

RESPUESTA: SE ACEPTARAN PARTIDAS CON 0% GRADO DE CONTENIDO INTEGRACIÓN NACIONAL. -----

PREGUNTA 2.- 4.5.2 ¿PAGINA 14, SEÑALAN QUE LA ADJUDICACIÓN SERA POR LOTE? QUIERE DECIR QUE NOS ES NECESARIO PARTICIPAR CON TODO, SOLO CON EL QUE DESEAMOS TRABAJAR CON USTEDES, ES CORRECTO?. -----

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 3 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.-----

ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S. A. DE C. V., HACE LAS SIGUIENTES

PREGUNTA 1.- 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO, ES DECIR QUE NO CUMPLEN CON EL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL REQUERIDO. LO ANTERIOR EN RAZON DE QUE EXISTEN INSUMOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES QUE UNICAMENTE EXISTEN DE IMPORTACION, LO CUAL DIFICULTA OFERTAR AL 100% EL LOTE EN CUESTION.-----

RESPUESTA: SE ACEPTARAN PARTIDAS CON 0% GRADO DE CONTENIDO INTEGRACIÓN NACIONAL. -----

PREGUNTA 2.- 4.4.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL, INCISOS S Y T, MI REPRESENTADA NO CALIFICA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMO MICRO, PEQUEÑA Y/O MEDIANA EMPRESA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA TECNICA NO SE ENTREGARÁ NINGÚN DOCUMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS INCISOS ENUNCIADOS? -----

RESPUESTA: DE NO SER APLICABLE PARA SU REPRESENTADA DEBERÁ OMITIR EL REQUISITO.---

PREGUNTA 3.- 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO F. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR DISTRIBUIDORES MAYORISTAS, LO ANTERIOR EN RAZON DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA NACIONAL. -----

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA. -----

PREGUNTA 4.- 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO M. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME QUE, PARA EFECTOS DE REDACCIÓN DEL ESCRITO SOLICITADO,



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

NO SE PRESENTAN POR AHORA LOS DETALLES DE DATOS DE CONTACTOS DIRECTOS SINO HASTA EL MOMENTO DE SER ADJUDICADOS, DE SER EL CASO? FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SOLO SE PRESENTARÁN LOS DATOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. -----

PREGUNTA 5.- 4.5.2 PROPUESTA ECONOMICA Y ANEXO 19 PROPUESTA ECONÓMICA. EN LA 1ª VIÑETA DEL NUMERAL 4.5.2 SOLICITAN SE ESPECIFIQUE NÚMERO DE LOTE, CLAVE SAICA, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO POR PARTIDA, SUBTOTAL POR PARTIDA Y POR LOTE, IVA Y TOTAL EN EL ANEXO 19 NO HAY UNA FILA PARA SUMAR EL SUBTOTAL DE CADA LOTE OFERTADO, ÚNICAMENTE HAY UNA CELDA FINAL QUE CONTEMPLA SUBTOTAL, IVA Y TOTAL, ¿FAVOR DE ACLARAR SI DEBEREMOS AGREGAR UNA FILA AL FINAL DE CADA LOTE PARA EL SUBTOTAL?-----

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LA PRECISIÓN NUMERO 3 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE DEBERÁ SEÑALAR UN GRAN TOTAL POR LAS PARTIDAS QUE COTICE.-----

PREGUNTA 6.- PRIMERA ETAPA 5.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE AUTORIZAR A MI REPRESENTADA PARA QUE UNA PERSONA DISTINTA AL APODERADO LEGAL QUE FIRMA LAS PROPUESTAS, SE PRESENTE CON EL SOBRE QUE CONTIENE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCLUYENDO LA GARANTIA DE SOSTENIMIENTO, CON CARTA PODER SIMPLE. -----

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS PODRÁ PRESENTARSE PERSONA INDISTINTA CON UNA IDENTIFICACIÓN VIGENTE, A ENTREGAR EL SOBRE QUE CONTIENE SU DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. SIN EMBARGO, LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA DEBERÁN SER FIRMADOS POR LA PERSONA QUE CUENTE CON FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. -----

PREGUNTA 7.- ANEXO 1.1, NUMERAL 3 DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES. SE REFIEREN AL ANEXO 1.3 PROPUESTA TÉCNICA? -----

RESPUESTA: SE HACE REFERENCIA AL ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.-----

PREGUNTA 8.- ANEXO 1.1, NUMERAL 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLARAS Y PRECISAS Y EN SU CASO LAS NORMAS QUE APLIQUEN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO SE DEBE ENTREGAR UNA CARTA COMPROMISO DONDE MI REPRESENTADA ESPECIFIQUE QUE TODAS LAS PARTIDAS Y LOTES OFERTADOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y NORMAS ENLISTADAS?-----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 3 POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 9.- ANEXO 1.1, NUMERAL 6 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CALIDAD, INCISO 6.1 CUMPLIMIENTO DE NORMAS, ¿PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEREMOS ENTREGAR UNA CARTA COMPROMISO QUE MENCIONE TODO LO AHÍ DETALLADO?

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBERA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS PARTIDAS OFERTADAS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y NORMAS ENLISTADAS.

PREGUNTA 10.- ANEXO 1.1, NUMERAL 6 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CALIDAD, INCISO 6.2 REGISTRO SANITARIO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI ACEPTARÁ REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA Y CÓMO DEBERÁN ROTULARSE PARA ENLISTAR LAS PARTIDAS A LAS QUE PERTENECE CADA UNO, EN CASO DE ACEPTAR?

RESPUESTA: SI SE ACEPTARAN REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, EN CADA UNO DE LOS REGISTROS SE DEBERA ROTULAR LA CLAVE ASI COMO EL NUMERO DE PARTIDA A LAS QUE AMPARA EL REGISTRO SANITARIO.

PREGUNTA 11.- ANEXO 1.1, NUMERAL 6 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CALIDAD, INCISO 6.2 REGISTRO SANITARIO (BASE DE DATOS), NO ESPECIFICAN EL FORMATO NI MEDIO ELECTRÓNICO (OFFICE, MODIFICABLE, SCANEADO, USB, CD...) PARA ENTREGAR LA BASE DE DATOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS, FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: EL FORMATO DEBERA SER EN EXCEL Y DICHA BASE DE DATOS SE ENTREGARÁ EN MEDIO DE ALMACENAMIENTO MODIFICABLE (USB O CD)

PREGUNTA 12.- ANEXO 1.1, NUMERAL 6 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CALIDAD, INCISO 6.4 CERTIFICADOS DE ANALISIS DE PRODUCTO TERMINADO. ¿PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEREMOS ENTREGAR UNA CARTA COMPROMISO DONDE MI REPRESENTADA SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODO LO AHÍ DETALLADO?

RESPUESTA: SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE COMPROMETEN QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO TERMINADO DEL FABRICANTE AL ALMACEN CENTRAL.

PREGUNTA 13.- ANEXO 1.1, NUMERAL 6 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CALIDAD, INCISO 6.5 VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD. FAVOR DE CONFIRMAR QUE TODO LO RELATIVO A ESTE NUMERAL 6 APLICA SOLO PARA EL CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACION Y NO SE TENDRÁ QUE INTEGRAR NADA AL RESPECTO EN LA PROPUESTA TÉCNICA?



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

RESPUESTA: ÚNICAMENTE APLICA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, NO DEBIENDO INTEGRAR NADA A LA PROPUESTA CON RESPECTO AL NUMERAL 6.

PREGUNTA 14.- ANEXO 1.1, NUMERAL 6 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD, INCISO 7 TECNOVIGILANCIA, 1er PÁRRAFO, EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR COFEPRIS RELATIVO A LA NOM-240-SSA1-2012 SE ENTREGA POR CADA UNO DE LOS LABORATORIOS FABRICANTES DE LOS INSUMOS OFERTADOS HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES? YA QUE MENCIONA PROVEEDOR, NO LICITANTE.

RESPUESTA: EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR ORIGINAL O COPIA SIMPLE PARA COTEJO DEL OFICIO DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, DICHO OFICIO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE Y SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA". EN SU CASO PODRA PRESENTAR ACUSE O PAPELETA DE INGRESO DE TRAMITE ANTE LA COFEPRIS, ORIGINAL O COPIA SIMPLE PARA COTEJO. EXPEDIDO ANTES DE LA PUBLICACION DE LAS PRESENTES BASES.

PREGUNTA 15.- ANEXO 1.1, NUMERAL 6 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD, INCISO 7 TECNOVIGILANCIA, 2º PÁRRAFO. EL MANIFIESTO SOLICITADO SE ENTREGARÁ POSTERIOR A LA ADJUDICACION? YA QUE MENCIONA PROVEEDOR, NO LICITANTE.

RESPUESTA: NO, EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR EL OFICIO DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

PREGUNTA 16.-. ANEXO 1.1, NUMERAL 10, MUESTRAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE TRATA DE MUESTRAS DISTINTAS A LAS YA ENTREGADAS DE ACUERDO CON EL ANEXO 2? SE VAN A SOLICITAR MAS MUESTRAS POSTERIOR A LA ADJUDICACION?

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO DOS POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 17.-. ANEXO 1.1, NUMERAL 12. ¿PERIODO DE GARANTÍA, LA CARTA SOLICITADA EN DICHO NUMERAL DEBERÁ CONTEMPLAR LOS 3 PÁRRAFOS ENUNCIADOS O SOLO EL PRIMERO? FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: SOLO DEBERA PRESENTAR EL PRIMER PÁRRAFO.

PREGUNTA 18.-. ANEXO 1.3 PROPUESTA TÉCNICA. ¿SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL CASO DE OFERTAR MÁS DE UN LOTE, SE REQUISITARÁ



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

DICHO ANEXO POR LOTE A OFERTAR? ¿O TODOS LOS LOTES DEBERÁN SER RELACIONADOS A RENGLÓN SEGUIDO Y ÚNICAMENTE EN EL TITULO SE DETALLAN LOS LOTES EN CUESTIÓN? -----

RESPUESTA: SE DEBERÁ OFERTAR POR PARTIDA DE ACUERDO A LA PRECISIÓN NUMERO TRES DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACERACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EL CUAL SE TENDRÁ QUE REQUISITAR EL ANEXO 1.3 DE LAS BASES A REGLÓN SEGUIDO -----

PREGUNTA 19.-. ANEXO 1.3, PROPUESTA TÉCNICA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE INFORMACIÓN SE DEBERÁ DETALLAR EN LA COLUMNA DE "OBSERVACIONES". -----

RESPUESTA: LA COLUMNA DENOMINADA OBSERVACIONES NO DEBE CONTENER DATOS YA QUE ES PARA ANOTACIONES QUE REALICE LA CONVOCANTE.-----

PREGUNTA 20.-. ANEXO 1.3, PROPUESTA TÉCNICA. EL FORMATO NO CONTIENE RECUADRO O ESPACIO PARA LA FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL, FAVOR DE ACLARAR SI LO AGREGAMOS? -----

RESPUESTA: SE DEBE AGREGAR RECUADRO O ESPACIO PARA LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL. -----

PREGUNTA 21.-. ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 6 No. 2. DICE: SUTURA SINTÉTICA, ABSORBIBLE, TRENZADO Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910) CAL 1 CON AGUJA CORTANTE DE 1/2 CIRCULO DE 35 MM. LONG. HEBRA 70 CM. PARA ORTOPEDIA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM), SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 22.-. ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 6, No. 37, DICE: SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910) CAL 2/0 CON AGUJA REDONDA DE ½ CÍRCULO DE 25 MM. LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM PARA GASTROENTEROLOGÍA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25 - 26 MM), SE ACEPTA? -

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 23.- ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 6 NO 38, DICE: SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910) CAL 2/0 CON AGUJA REDONDA DE ½ CÍRCULO DE 35 MM. LONG. HEBRA 70 CM PARA GASTROENTEROLOGÍA, UROLOGÍA Y ORTOPEDIA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR, SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM), SE ACEPTA?-

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 24.- ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 6 NO 43, DICE: SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910) CAL 3/0 CON AGUJA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 25 MM. LONG. HEBRA 70 CM PARA GASTROENTEROLOGÍA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR, SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25 - 26 MM). SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 25.- ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 6 NO 44, DICE: SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910) CAL 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE DE 24. LONG. HEBRA 45 CM PARA C. PLÁSTICA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR, SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA, 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE (24 MM). SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 26.- ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, LOTE 6 No. 45, DICE: SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA. 1-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA ½ CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR, SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 1-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM) SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 27.- ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, LOTE 6 NO 46, DICE: SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910) CAL 4/0 CON AGUJA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 15 MM. LONG. HEBRA 70 CM. PARA GASTROENTEROLOGÍA Y UROLOGÍA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR, SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA FINA (17 MM). SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 28.- ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, LOTE 6 NO 47, DICE: SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, TRENZADA Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910 CAL.4/0) CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE DE 19.5 MM. LONG. HEBRA 45 CM. PARA CIRUGÍA PLÁSTICA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR, SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (19 - 19.5 MM). SE ACEPTA?. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 29.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, LOTE 6 NO 48. DICE: SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910) CAL 4/0 CON AGUJA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 25 MM. LONG. HEBRA 70 CM. PARA GASTROENTEROLOGÍA Y UROLOGÍA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR, SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25 - 26 MM). SE ACEPTA?. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 30.- ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 6 No. 58, DICE: SUTURA SINTÉTICA, ABSORBIBLE, TRENZADO Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910). LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA DEL 6-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA DE 1/4 CÍRCULO, DOBLE ARMADA ESPATULADA. (6-8.73 MM). SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR, SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 6-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/4 CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6 - 8.73 MM). SE ACEPTA?. -----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 31.- ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 6 NO 59, DICE: SUTURA SINTÉTICA, ABSORBIBLE, TRENZADO Y RECUBIERTA (POLIGLACTIN 910). LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA DEL 7-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA DE 1/4 CÍRCULO, DOBLE ARMADA. (6- 6.5 MM). SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONOVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR, SUTURAS, SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMEROS DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 7-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6 - 6.5 MM). SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 32.- ANEXO 1, DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 1 No. 29, EN LA PARTIDA 29, NO ESTÁN ESPECIFICANDO LA PRESENTACIÓN QUE ESTA H. SECRETARÍA REQUIERE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. FAVOR DE ESPECIFICAR LA PRESENTACIÓN REQUERIDA, YA QUE ACTUALMENTE EN EL MERCADO EXISTEN LAS PRESENTACIONES DE 60 Y 120 GRAMOS, RESPECTIVAMENTE. -----

RESPUESTA: SE DEBERA OFERTAR TUBO CON 60 GRAMOS DE GEL.-----

PREGUNTA 33.- ANEXO 1, DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 1, No. 283 Y 284. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE TOME EN CONSIDERACIÓN LAS SIGUIENTES PRECISIONES, PARA LAS DESCRIPCIONES DE LAS PARTIDAS 283 Y 284, RESPECTIVAMENTE: DICE: PIRFENIDOLA. DEBE DECIR: PIRFENIDONA-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBE DECIR PIRFENIDONA -----

PREGUNTA 34.- ANEXO 1, DESCRIPCION DE LOS BIENES, LOTE 1 No. 328, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR SIN MARCA RADIOPACA CONVENCIONALES ESTANDAR (4 A 7 F)...YA QUE LO ANTERIOR NO AFECTARÁ LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO REQUERIDO, SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 35.- PRESUPUESTO TOTAL, MINIMO Y MÁXIMO A EJERCER. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR Y EN SU CASO, ANALIZAR NUEVAMENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO TODA VEZ QUE MI REPRESENTADA REALIZÓ UN ESTUDIO DE MERCADO PARA VALORIZAR CADA UNO DE LOS LOTES E INSUMOS REQUERIDOS, ENCONTRANDO QUE EL TOTAL DE LOS 6 LOTES A PRECIO



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

MERCADO ACTUAL, EQUIVALE A CASI \$250MDP, MUY POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO PROYECTADO EN LAS PRESENTES BASES. NUESTRO ESTUDIO ARROJA QUE TAN SOLO LOS 2 PRIMEROS LOTES DEL ANEXO 1 EQUIVALEN APROXIMADAMENTE AL 84% DE LOS \$250MDP. POR LO ANTERIOR, APELAMOS A SU RECONSIDERACIÓN PARA NO RETRASAR MÁS EL PROCESO DE ASIGNACIÓN Y EVITAR UNA SEGUNDA VUELTA.

RESPUESTA: -DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL ESTA SECRETARIA CUENTA CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LO INDICADO EN BASES, AUNADO A ESO SE SUSCRIBIRÁN CONTRATOS ABIERTOS CON MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS A EJERCER CUIDANDO QUE NO EXCEDA EL MONTO AUTORIZADO.

PREGUNTA 36.- PRESUPUESTO TOTAL, MINIMO Y MAXIMO A EJERCER; LOTE 1 PARTIDAS # 232, 233, 234 Y 235. EN CONCORDANCIA CON LA PREGUNTA ANTERIOR Y PARA MAYOR EJEMPLIFICACIÓN, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE HAGA UNA REVISIÓN AL PRESUPUESTO Y/O EN SU CASO A LAS CANTIDADES DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, YA QUE EL IMPORTE TOTAL DE LAS CUATRO REPRESENTARÍA UN GRAN PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A TODA LICITACIÓN.

PART	CLAVE SAICA	CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA
232	060.203.0133	2541001634	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICO, SULFATO DE CALCIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHDRATADO GRADO MEDICO, PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 5 CC	KIT	561
233	060.203.0134	2541001634	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICO, SULFATO DE CALCIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHDRATADO GRADO MEDICO, PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 10 CC	KIT	537
234	060.203.0135	2541001636	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO. RELLANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 5CC	KIT	298
235	060.203.0136	2541001636	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO. RELLANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 10CC	KIT	295

RESPUESTA: SE SUSCRIBIRÁN CONTRATOS ABIERTOS CON MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS A EJERCER CUIDANDO QUE NO EXCEDA EL MONTO AUTORIZADO.

PREGUNTA 37.- 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO E, 2° PÁRRAFO: MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO VIGENTE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE EL REQUISITO DE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO DEL TRAMITE DE MODIFICACION A LAS CONDICIONES DE LOS REGISTROS SANITARIOS, LO ANTERIOR EN RAZON DE QUE LOS LABORATORIOS FABRICANTES NO PROPORCIONAN POR



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

POLITICAS INTERNAS SU DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA QUE LOS DISTRIBUIDORES LA PRESENTEN ANTE LA NOTARIA, NI SOLVENTARÁN ECONÓMICAMENTE DICHO TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN QUE CONSTA Y ES VERIFICABLE ANTE LA COFEPRIS. IGUALMENTE, PARA LOS INSUMOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAR EL OFICIO EXPEDIDO POR COFEPRIS (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO) ES UN REQUISITO SOBRADO QUE NO SE JUSTIFICA YA QUE EL LISTADO OFICIAL APARECE EN LA PAGINA WEB DE DICHO COMISION Y NO TENDRÍA POR QUE HABER UN ACTO DE DOLO DE PARTE DE LOS LICITANTES, SOBRE TODO CUANDO TODOS LOS INSUMOS QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO HAN SIDO PUBLICADO OFICIALMENTE EN EL DOF. ("DOF: 22/12/2014" ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO). -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE TRAMITE DE MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DE LOS REGISTROS SANITARIOS Y DEL OFICIO EXPEDIDO POR COFEPRIS, EN DONDE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN NO LO REQUIERE. -----

PREGUNTA 38.- LOTE 1, 99, 060.165.1875, 2541000238, CATÉTER VENOSO CENTRAL I.V., POLIURETANO TERMO SENSIBLE, ANTIMICROBIANO CON IONES DE PLATA, TECNOLOGÍA EXPERT DE 3 VÍAS, DIÁMETROS INTERNOS DISTAL 14 GA, MEDIAL 18 GA, CON EXTREMIDAD FLEXIBLE 7.5 FR, 20 CM, GUÍA EN "J" ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 53 CM AGUJA INTRODUCTORA DE 18 GA O CÁNULA INTRODUCTORA 18 GA, 3 TAPONES MEMBRANA, JERINGA 5 ML, 1 DILATADOR, 1 BISTURÍ, 1 ALETA ADICIONAL DE FIJACIÓN, LOS PROLONGADORES VIENEN EQUIPADOS CON PINZA CLAMP. PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON MÍNIMO DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN, EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 18 G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM, DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. PIEZA. CON KIT DE INTALACION: 4 GUAANTES, 10 ESPONJAS DE GASA DE 7.5 X 5CM, 4 CAMPOS DE TELA ABSORBENTE DE 35 X 40CM, CAMPO DE TELA HENDIDO, PORTA AGUJAS, BISTURI DE PLASTICO CON HOJA, JERINGA DE 3ML 21G, JERINGA DE 5ML 21G, JERINGA DE INSULINA 27G, APLICADOR CON SOLUCION DE FLUCONATO DE CLORHEXIDINA 3ML, PINZA KELLY CURVA, APOSITOS TRANSPARENTE ADHESIVO 5.1 X 7CM, ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA INYECTABLE 10ML, CUBREBOCAS. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 39.- LOTE 1, 100, 060.165.2300, 2541000238, CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE VÍA, 2 FR LONG 300 MM, 24 G, PUR BIO-ESTABLE, TERMOSENSIBLE, CON INTRODUTOR PELABLE CORTO 20 G, CINTA MÉTRICA INCLUIDA, PROLONGADORES EQUIPADOS CON PINZA CLAMP, VÍAS IDENTIFICADAS EN COLOR VERDE Y OTRA EN COLOR NARANJA, CON 3 BIOCONECTORES LIBRES DE AGUJA, CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CATÉTER AUTOADHERIBLE, HIPOALERGÉNICO, CON VELCRO INTEGRADO, CON MARCADO CENTIMETRICO Y DOBLE MARCAJE CADA 5 CM. PUNTA NEGRA PARA VERIFICAR EXTRACCIÓN SEGURA, PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETERE PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFERICA, NEONATAL, DE POLIURETANO DE 2FR X 30CM, CON AGUJA INTRODUTORIA DE 22G CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE, CON DOS CONECTORES LIBRES DE AGUJA, ESCALA DE PAPEL, ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO NEONATAL.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 40.- LOTE 1, 101, 060.165.3241, 2541000238, CATÉTER VENOSO CENTRAL I.V., POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO ESTABLE DE 2 VÍAS DIÁMETROS INTERNOS 2X16GA, CON EXTREMIDAD FLEXIBLE 7FR, 20CM, GUÍA EN "J" DE NITINOL RESISTENTE AL ACODAMIENTO LONG. 53 CM, SISTEMA BLS (BLOODLESS, SYSTEM), AGUJA INTRODUTORIA 18 GA O CÁNULA INTRODUTORIA 18 GA, 2 TAPONES CON MEMBRANA, JERINGA 5 ML, 1 DILATADOR, 1 BISTURÍ, 1 ALETA ADICIONAL DE FIJACIÓN, LOS PROLONGADORES VIENEN EQUIPADOS CON PINZA CLAMP. PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS CALIBRE 14 A 19 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON CÁPSULA DE INYECCIÓN Y EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC., AGUJA CALIBRE 18 G, DE 6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. PIEZA CON KIT DE INTALACION: 4 GUANTES, 10 ESPONJAS DE GASA DE 7.5 X 5CM, 4 CAMPOS DE TELA ABSORBENTE DE 35 X 40CM, CAMPO DE TELA HENDIDO, PORTA AGUJAS, BISTURI DE PLASTICO CON HOJA, JERINGA DE 3ML 21G, JERINGA DE 5ML 21G, JERINGA DE INSULINA 27G, APLICADOR CON SOLUCION DE FLUCONATO DE CLORHEXIDINA 3ML, PINZA KELLY CURVA, APOSITOS TRANSPARENTE ADHESIVO 5.1 X 7CM, ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA INYECTABLE 10ML, CUBREBOCAS.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 41.- LOTE 1, 105 , 060.166.0152, 2541001402, SET DE EXTENSIÓN DE CATETER TIPO Y CON DOS VÁLVULAS DE ACCESO SIN AGUJA. ADAPTADOR DE EXTENSIÓN LUER LOCK. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO 1ML. LIBRE DE DEHP LONGITUD APROXIMADA 15.2 CM.



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: EXTENSION DE POLIURETANO PARA CATETER DE 2 VIAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLASTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 130MM, PRESION POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE .70ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 42.-. LOTE 1, 107, 060.166.0410, 2541001488, PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 2 VÍAS, EXTRA-FLEXIBLE Y DE MUY BAJO VOLUMEN MUERTO. VIA 1 Y 2: DIAM. INT 1.5MM, DIAM EXT 2.50MM, LONG. 3CM, VOL. MUERTO 0.30ML, CON DOS VÁLVULAS ANTIRETORNO Y DOS BIONECTORES, CON CLAMPS DE SEGURIDAD. PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: EXTENSION DE POLIURETANO PARA CATETER DE 2 VIAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLASTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 130MM, PRESION POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE .70ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 43.-. LOTE 1, 108, 060.166.0455, 2541000238, CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 4FR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, (18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.67 ML. CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL , UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUTOR DE 4.5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUTOR EZ DE 4.5FR CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1272 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1048 KPA (152 PSI) PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 1524 KPA (221 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1448 A 1703 KPA (210 - 247 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP. PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE ELASTÓMERO DE SILICÓN DE 4FR X 60CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUTORIA PERCUTÁNEA DE 17G, CON ESCALA DE PAPEL, PINZA DE ACERO INOXIDABLE, EXTENSION DE CATETER PIEZA, KIT DE VENOPUNCIÓN: UN HISOPO CON SOLUCIÓN ASÉPTICA DE CLORHEXIDINA AL 2% EN HISOPO O GASA ; DOS GASAS UN APÓSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL PARA FIJACIÓN ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN UN ROLLO DE CINTA ADHESIVA.-----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 44.- LOTE 1, 110, 060.166.0555, 2541000238, CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 5FR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, (18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.66 ML. CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUTOR DE 4.5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUTOR EZ DE 5FR, 7 CM DE LONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1185 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1076 KPA (156 PSI). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 2186 KPA (317 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 2165 A 2289 KPA (314 - 332 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP. PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE ELASTÓMERO DE SILICÓN DE 5FR X 60CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUTORIA PERCUTÁNEA DE 19G. CON ESCALA DE PAPEL, PINZA DE ACERO INOXIDABLE, EXTENSION DE CATETER PIEZAS, KIT DE VENOPUNCIÓN: UN HISOPO CON SOLUCIÓN ASÉPTICA DE CLORHEXIDINA AL 2% EN HISOPO O GASA; DOS GASAS UN APÓSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL PARA FIJACIÓN ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN UN ROLLO DE CINTA ADHESIVA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 45.- LOTE 1, 117, 060.166.1264, 2541000238, PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 2 VÍAS, EXTRA-FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y DE BAJO VOLUMEN MUERTO. VÍA 1 Y 2: DIAM. INT. 1.5 MM, DIAM EXT. 2.50 MM, LONG. 10 CM, VOL. MUERTO 0.30 ML, FLUJO 170 CON BIONECTOR EN CADA VÍA Y CLAMPS DE SEGURIDAD. PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: EXTENSION DE POLIURETANO PARA CATETER DE 2 VIAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLASTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 130MM, PRESION POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE .70ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 46.- LOTE 1, 118 , 060.166.1364, 2541000238, PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 3 VÍAS, EXTRA FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y DE BAJO VOLUMEN MUERTO VÍA 1, 2 Y 3: DIAM. INT. 1.5MM, DIAM. EXT. 2.50MM LONG. 10 CM, VOL. MUERTO 0.30 ML, FLUJO 170 CON BIOCONECTOR EN CADA VIA Y CLAMPS DE SEGURIDAD . PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: EXTENSION DE POLIURETANO PARA CATETER DE 3 VIAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLASTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 215MM, PRESION POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE 1.30ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 47.- LOTE 1, 125, 060.166.2390 , 2541000320, CONECTOR ESTÉRIL DESECHABLE DE AUTO SELLADO POLIVALENTE, LONGITUD 23.90 MM, PARA PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCIÓN DE FLUIDOS SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK Y OTRA DE RESORTE ANTICONTAMINACIÓN QUE CANCELE ESPACIOS SIN USO, DIÁMETRO INTERNO 16 GA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, VOLUMEN MUERTO 0.02 ML, FLUJO 170 ML/MIN. PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CONECTOR ESTÉRIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALENTE, LONGITUD 23.35 MM, PARA PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCIÓN DE FLUIDOS, SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK MACHO Y OTRA CONEXIÓN LUER-LOCK HEMBRA CON UNA MEMBRANA ANTI-CONTAMINACIÓN DE SILICÓN CON MEMORIA QUE CANCELA ESPACIOS SIN USO, DIÁMETRO INTERNO 14 GA, VOLUMEN MUERTO 0.03 ML, FLUJO 550 ML/MIN.-

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 48.- LOTE 1, 137, 060.167.0653, 2541000238, CATÉTER VENOSO CENTRAL 3 LUMEN 7 FR 20 CM 18/18/18 GA. PIEZA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATÉTER VENOSO CENTRAL 3 LUMEN 7 FR 20. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 49.- 4.1 MUESTRAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRA POR UNIDAD Y NO POR PRESENTACIÓN. LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE MUCHOS DE LOS INSUMOS REQUERIDOS EN SU PRESENTACIÓN ORIGINAL SON COSTOSOS Y NO DEVOLUTIVOS DE ACUERDO A BASES, NI TAMPOCO MENCIONAN QUE EN CASO DE ASIGNACIÓN SE TOMARÁ LA MUESTRA PRESENTADA COMO PARTE DE LAS ENTREGAS POSTERIORMENTE. -----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 2 POR PARTE DE LA CONVOCANTE. -----

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S. A. DE C. V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- 4.1 MUESTRAS, SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE MUESTRA POR FAMILIA DE LOS BIENES A OFERTAR ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 2 POR PARTE DE LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 2.- 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO E, SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR POR FAMILIA, REGISTRO SANITARIO U OFICIO EXPEDIDO POR COFEPRIS, EN DONDE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN NO LO REQUIERE. SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, EN CADA REGISTRO SANITARIO SE DEBERA INDICAR LA(S) PARTIDA(S) QUE AMPARA DICHO DOCUMENTO. -----

PREGUNTA 3.- ANEXO 1.1 NUMERAL 8 LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. SOLICITO A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE SE NOS INDIQUE EN EL FALLO LA FECHA Y CANTIDADES DE LA PRIMERA ENTREGA SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: LA SOLICITUD DE LOS BIENES AL PROVEEDOR O PROVEEDORES ADJUDICADOS POR PARTE DEL ALMACÉN CENTRAL SERÁ DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA. -----

PREGUNTA 4.- ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, LOTE 6, PART. 2, 28, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58 Y 59., SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA DESCRIPCIÓN DE CLAVE DE CUADRO BÁSICO DE LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS YA QUE (POLIGLACTIN 910) PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECIFICO ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 5.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES. LOTE 6. PART.19, 32, 33 Y 56. EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTAS PARTIDAS SOLICITAN QUE ESTEN RECUBIERTAS CON AGENTE ANTIMICROBIANO TRICOLSAN QUE LO ABSORBE EL ORGANISMO Y PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECIFICO. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIACETATO DE CLORHEXIDINA QUE NO SE QUEDA EN EL ORGANISMOES EXCRETADO EN 90% ORINA Y10% EN HECES, EVITANDO REACCIONES ADVERSAS AL ORGANISMO ¿SE ACEPTA?-----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

MACVP DE MÉXICO, S. A. DE C. V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- No. 6, INCISO 6.4, ¿QUÉ INSUMOS REQUIEREN CERTIFICADO DE ANÁLISIS?, ¿EL MATERIAL DE CURACIÓN REQUIERE ESTOS CERTIFICADOS DE ANÁLISIS? LAS PARTIDAS 360 A LA 369 NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, AUN ASÍ ¿REQUIEREN DE CERTIFICADO DE ANÁLISIS?

RESPUESTA: EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO TERMINADO DEL FABRICANTE AL ALMACEN CENTRAL

PREGUNTA 2.- No. 6, INCISO 6.3, DERIVADO DE QUE EL ÚNICO FABRICANTE DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 360 A LA 369 MANIFIESTA QUE TODOS LOS APOYOS INTERNACIONALES SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN EN JUNTAS DE SU CONSEJO ADMINISTRATIVO, Y QUE ESO CONLLEVA UN TIEMPO MÍNIMO DE 15 DÍAS DESDE SU SOLICITUD Y UNA SEMANA MÁS PARA SU APOSTILLADO, LO QUE OCASIONARÍA QUE POR LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO NINGÚN LICITANTE PUEDA PROPONER ESTAS PARTIDAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN CARTAS DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO, YA QUE EL FABRICANTE OTORGO FACULTADES SUFICIENTES AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO Y ESTE DISTRIBUIDOR ES EL TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. EL CUAL ESTÁ EN CAPACIDAD DE RESPALDAR CUALQUIER LICITACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS ANTES SEÑALADAS, SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DONDE SE BRINDAN LAS FACULTADES PARA QUE EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO OBTenga LOS REGISTROS SANITARIOS

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA.

PREGUNTA 3.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN SI EN SU ALMACÉN CENTRAL EN LA COLONIA DEL GAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTA CON CÁMARA DE RED FRÍA.

RESPUESTA: SI SE CUENTA CON CÁMARA DE RED FRÍA EN EL ALMACÉN CENTRAL

HOSPIMEDICAL, S. A. DE C. V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, LOTE 2. INSUMOS DENTALES PARTIDA 11, CLAVE SAICA 060.182.1275., DICE: "CEMENTO DENTALES. PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA, DE ÓXIDO DE ZINC (POLVO) 38 G Y EUGENOL (LÍQUIDO) 14 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO". SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CEMENTO DENTALES.



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA. DE ÓXIDO DE ZINC (POLVO) 30 G Y EUGENOL (LÍQUIDO) 14 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

PREGUNTA 2.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 2, INSUMOS DENTALES, PARTIDA 93, CLAVE SAICA 060.622.0010 DICE: "ALGINATO PARA USO DENTAL. ENVASE CON 450 GR." SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENVASE CON 453 GR., SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, NI GENERAR MAYOR COSTO A LA CONVOCANTE.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

PREGUNTA 3.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 2, INSUMOS DENTALES, PARTIDA 95, CLAVE SAICA 060.749.2201, DICE: PASTA ALVEOLAR ANTISÉPTICA Y ANALGÉSICA. ENVASE CON 200 GR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN EN ENVASE CON 10 G., SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -

RESPUESTA: SE DEBERA OFERTAR ENVASE CON 10 GR, DEBIDO A QUE NO EXISTE ENVASE CON 200 GRS. -----

PREGUNTA 4.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, LOTE 2, INSUMOS DENTALES PARTIDA 96, CLAVE SAICA 060.749.SS02, DICE: PASTA PARA PULIR AMALGAMA... ENVASE CON 200 GR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN EN FRASCO CON 30 GR, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 200 GR. -----

PREGUNTA 5.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, LOTE 2 INSUMOS DENTALES PARTIDA 99, CLAVE SAICA 060.753.0052 DICE: PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA DE PAPEL, ESTÉRILES NÚMEROS: 10 A 40 (DE 5 EN 5). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA. DE PAPEL, ESTERILES. NÚMEROS: 15 A 40 (DE 5 EN 5), SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 6.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 2. INSUMOS DENTALES PARTIDA 100, CLAVE SAICA 060.753.0102 DICE: PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. NUMEROS: 10 A 40 (DE 5 EN 5). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. NUMEROS: 15 A 40 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 120, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 7.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 2. INSUMOS DENTALES PARTIDA 103, CLAVE SAICA 060.815.0058 DICE: SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA CON 2 ML DE GEL GRABADOR. 2 PORTAPINCELES. 10 CANULAS. 1 BLOCK DE MEZCLA. 5 POZOS DE MEZCLA. 30 PINCELES. 1 INSTRUCTIVO. PRESENTACIÓN: ESTUCHE 1 ESTUCHE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA CON 1.2 ML DE GEL GRABADOR. 1 PORTAPINCELES. 3 CANULAS. 1 BLOCK DE MEZCLA. 4 POZOS DE MEZCLA. 15 PINCELES. 1 INSTRUCTIVO. PRESENTACIÓN: ESTUCHE 1 ESTUCHE, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 8.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS 12, CLAVE SAICA060.088.0975. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: GASA PARAFINADA CON TEJIDO ABIERTO TIPO LENO PROPORCIONA UNA CAPA PROTECTORA PARA LA HERIDA EN DONDE SE DEPOSITA PARAFINA A TRAVÉS DE UNA MALLA DE ACETATO. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 9.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 13, CLAVE SAICA060.088.0983 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: GASA PARAFINADA CON TEJIDO ABIERTO TIPO LENO PROPORCIONA UNA CAPA PROTECTORA PARA LA HERIDA EN DONDE SE DEPOSITA PARAFINA A TRAVÉS DE UNA MALLA DE ACETATO MEDIDA 10X40CM. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 10.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 14, CLAVE SAICA060.088.1001 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CINTA DE SUJECIÓN DE TELA NO TEJIDA CON ADHESIVO DE ACRÍLICO PARA LA RETENCIÓN DE APÓSITOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS MEDIDA 10CM X 10M. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 11.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 15, CLAVE SAICA060.088.1005. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ANTIMICROBIANO CON BORDES IMPREGNADO CON SULFADIAZINA DE PLATA AL 5%, COMPUESTO POR UNA CAPA CENTRAL HIDROCELULAR ABSORBENTE Y CUBIERTA ADHESIVA DE GEL SUAVE EN CONTACTO CON LA HERIDA 12.5 X 12.5CM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 12.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 20, CLAVE SAICA060.088.1235. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR CON BORDES COMPUESTO POR UNA CAPA SUPERFICIAL DE POLIURETANO ALTAMENTE TRANSPIRABLE Y CUBIERTA DE ADHESIVO SUAVE DE SILICÓN HIPO ALERGÉNICO QUE SE AMOLDA A REGIONES ANATÓMICAS DEL CUERPO DE DIFÍCIL ACCESO 17.5 X 17.5CM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 13.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 21, CLAVE SAICA060.088.1320. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ALTAMENTE ABSORBENTE QUE SE AJUSTA PERFECTAMENTE AL TALÓN U OTRAS REGIONES DEL CUERPO TAMAÑO 10.5 X 13.5 CM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 14.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 22, CLAVE SAICA060.088.1515. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO DE ESPUMA HIDROCELULAR CON FORMA CUATRILOBULAR, COMPUESTO DE CINCO CAPAS: CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA, CAPA DE ESPUMA HIDROCELULAR, CAPA CON NÚCLEO HÍPER ABSORBENTE DE FIBRA DE CELULOSA, CAPA ENMASCARADORA Y CAPA CON PELÍCULA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA DE COLOR ROSA TAMAÑO 15.4 X 15.4 CM.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 15.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 23, CLAVE SAICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ANTIMICROBIANO CON BORDES IMPREGNADO CON SULFADIAZINA DE PLATA AL 5%, COMPUESTO POR UNA CAPA CENTRAL HIDROCELULAR ABSORBENTE Y CUBIERTA ADHESIVA DE GEL SUAVE EN CONTACTO CON LA HERIDA 15 X 20 CM.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 16.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 24, CLAVE SAICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO DE ESPUMA HIDROCELULAR CON FORMA CUATRILOBULAR, COMPUESTO DE CINCO CAPAS: CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA, CAPA DE ESPUMA HIDROCELULAR, CAPA CON NÚCLEO HÍPER ABSORBENTE DE FIBRA DE CELULOSA, CAPA ENMASCARADORA Y CAPA CON PELÍCULA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA DE COLOR ROSA TAMAÑO 15.4 X 15.4 CM.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 17.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 26, CLAVE SAICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO DE ESPUMA HIDROCELULAR CON FORMA CUATRILOBULAR, COMPUESTO DE CINCO CAPAS: CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA, CAPA DE ESPUMA HIDROCELULAR, CAPA CON NÚCLEO HÍPER



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

ABSORBENTE DE FIBRA DE CELULOSA, CAPA ENMASCARADORA Y CAPA CON PELÍCULA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA DE COLOR ROSA TAMAÑO 21.6 X 23 CM. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 18.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.-APÓSITOS PARTIDA 27, CLAVE SAICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ANTIMICROBIANO CON BORDES IMPREGNADO CON SULFADIAZINA DE PLATA AL 5%, COMPUESTO POR UNA CAPA CENTRAL HIDROCELULAR ABSORBENTE Y CUBIERTA ADHESIVA DE GEL SUAVE EN CONTACTO CON LA HERIDA 17 X 17 CM.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 19.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 29, CLAVE SAICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO DE ESPUMA HIDROCELULAR CON FORMA CUATRILOBULAR, COMPUESTO DE CINCO CAPAS: CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA, CAPA DE ESPUMA HIDROCELULAR, CAPA CON NÚCLEO HÍPER ABSORBENTE DE FIBRA DE CELULOSA, CAPA ENMASCARADORA Y CAPA CON PELÍCULA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA DE COLOR ROSA TAMAÑO 10.3 X 10.3 CM. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 20.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.-APÓSITOS PARTIDA 30, CLAVE SAICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR CON BORDES COMPUESTO CON UNA CAPA SUPERFICIAL DE POLIURETANO ALTAMENTE TRANSPIRABLE Y CUBIERTA DE ADHESIVO ACRÍLICO HIPO ALERGÉNICO TAMAÑO 22 X 22 CM-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES -----

PREGUNTA 21.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 31, CLAVE SAICA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR CON BORDES COMPUESTO CON UNA CAPA SUPERFICIAL DE POLIURETANO ALTAMENTE TRANSPIRABLE Y CUBIERTA DE ADHESIVO ACRÍLICO HIPO ALERGÉNICO TAMAÑO 22 X 22 CM.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES-----

PREGUNTA 22.-. ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3, APÓSITOS PARTIDA 33, CLAVE SAICA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO COMPUESTO DE FIBRAS DE ALGINATO NO TEJIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE MODERADO A ALTO EXUDADO DE 2 X 30 CM.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES-----

PREGUNTA 23.-. ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.-APÓSITOS PARTIDA 39, CLAVE SAICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, Y A EFECTO DE NO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR CON BORDES COMPUESTO POR UNA CAPA SUPERFICIAL DE POLIURETANO ALTAMENTE TRANSPIRABLE Y CUBIERTA DE ADHESIVO SUAVE DE SILICÓN HIPO ALERGÉNICO QUE SE AMOLDA A REGIONES ANATÓMICAS DEL CUERPO DE DIFÍCIL ACCESO 7.5 X 7.5CM-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES-----

PREGUNTA 24.-. ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.-APÓSITOS PARTIDA 4, CLAVE SAICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UNA TECNOLOGÍA SIMILAR Y/O SUPERIOR CON EL MISMO FIN TERAPÉUTICO; APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBENTE CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (AG2S04) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE DE UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFILICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2MG/CM2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. TAMAÑO 10X10 CM.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES-----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 25.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.-APÓSITOS PARTIDA 5, CLAVE SAICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UNA TECNOLOGÍA SIMILAR Y/O SUPERIOR CON EL MISMO FIN TERAPÉUTICO; APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBENTE CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (AG2S04) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE DE UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFILICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2MG/CM2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. TAMAÑO 10X10 CM.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 26.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.-APÓSITOS PARTIDA 6, CLAVE SAICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UNA TECNOLOGÍA SIMILAR Y/O SUPERIOR CON EL MISMO FIN TERAPÉUTICO; APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBENTE CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (AG2S04) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE DE UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFILICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2MG/CM2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. TAMAÑO 20X50 CM. RECORTABLE.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 27.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.-APÓSITOS PARTIDA 7, CLAVE SAICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UNA TECNOLOGÍA SIMILAR Y/O SUPERIOR CON EL MISMO FIN TERAPÉUTICO; APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBENTE CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (AG2S04) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE DE UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFILICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2MG/CM2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. TAMAÑO 20X50 CM. RECORTABLE.

Handwritten signatures and marks in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left side of the second question and several smaller ones at the bottom.



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 28.-. ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.-APÓSITOS PARTIDA 10, CLAVE SAICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UNA TECNOLOGÍA SIMILAR Y/O SUPERIOR CON EL MISMO FIN TERAPÉUTICO; APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBENTE CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (AG2S04) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE DE UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFILICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2MG/CM2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. TAMAÑO 10X10 CM. RECORTABLE.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 29.-. ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.-APÓSITOS PARTIDA 11, CLAVE SAICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UNA TECNOLOGÍA SIMILAR Y/O SUPERIOR CON EL MISMO FIN TERAPÉUTICO; APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBENTE CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (AG2S04) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE DE UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFILICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2MG/CM2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. TAMAÑO 20X50 CM. RECORTABLE.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES

PREGUNTA 30.-. NUMERAL 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO E. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN EL CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO ESTUVIERA VIGENTE, Y CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA SITUACIÓN QUE GUARDA, CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 190 BIS 6 DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD (SOLICITADO 150 DÍAS NATURALES ANTES DE CONCLUIR SU VIGENCIA), LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN COPIA SIMPLE LEGIBLE:

- a) El Registro Sanitario vencido.
- b) El acuse de recibo del trámite de solicitud de prórroga sometido ante la COFEPRIS.
- c) Carta original en hoja membretada firmada por el representante legal del titular del Registro Sanitario, en donde bajo protesta de decir verdad manifieste sobre el trámite de prórroga de la autorización



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

sanitaria (indicando folio y fecha de ingreso), del cual entrega copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo exhibido corresponde a la partida ofertada.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 31.- NUMERAL 5.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO E. DICE "EN EL CASO DE QUE LOS BIENES NO REQUIERAN DEL REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTARSE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE OFICIO EXPEDIDO POR COFEPRIS, EN DONDE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN NO LO REQUIERE." SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DEL DIARIO OFICIAL DONDE SE PUBLICA EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 32.- ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOTE 3.- APÓSITOS PARTIDA 35 y 37, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA DE MEDIDAS 20 X 50 cm. CON OPCIÓN DE OFRECER LA PORCIÓN FALTANTE.-----

RESPUESTA: PARA LAS CLAVES 060.088.5461Y 060.088.7466 LA PREGUNTA NO CORRESPONDE A LOS INSUMOS QUE SE ESTAN SOLICITANDO LA ACLARACION, EN EL NUMERAL 35 Y 37 DEL LOTE 3 APOSITOS, LO QUE SE SOLICITA SON APOSITOS **APÓSITO DE NYLON BAÑADO EN PLATA, CONTIENE 546 MG CADA100 CM2 DE TEXTIL ADHERENTE, PROPORCIONA UNA BARRERA ANTIMICROBIANA A TRAVÉS DE LIBERACIÓN DE IONES DE PLATA SOSTENIDA DURANTE 7 DÍAS, MEDIDAS 4" X 66"Y APÓSITO DE NYLON BAÑADO EN PLATA, ROLLO, CONTIENE 546 MG POR CADA 100 CM2 DE TEXTIL ADHERENTE, PROPORCIONA UNA BARRERA ANTIMICROBIANA A TRAVÉS DE LIBERACIÓN DE IONES DE PLATA SOSTENIDA DURANTE 7 DÍAS, MEDIDAS 4" X 66"**.-----

CASA MARZAM, S. A. DE C. V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- 2.4. LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EN EL DOMICILIO AL QUE SE HACE MENCIÓN, SERÁ PARA LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.-----

RESPUESTA: EL ALMACEN ES EL QUE SOLICITARÁ EL MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVEEDOR(ES) ADJUDICADO(S), LAS ENTREGAS SON EN EL ALMACEN CENTRAL A LA SOLICITUD DEL MISMO.-----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 2.- 2.4. LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LOS SITIOS DONDE SE ENTREGARÁN LOS MATERIALES DE CURACIÓN CUENTAN CON TODA LA DOCUMENTACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. -----

RESPUESTA: EL ALMACÉN CENTRAL SE ENCUENTRA REGISTRADO ANTE LA OFICIALÍA MAYOR PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, EN ESTE CASO NO APLICA CONTAR CON DOCUMENTACIÓN ADICIONAL-----

PREGUNTA 3.- 2.4. LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS (MATERIAL DE CURACIÓN) A 15 DÍAS NATURALES, YA QUE EL ETIQUETAR LOS MISMOS CONLLEVA EL TIEMPO QUE DAN PARA LAS ENTREGAS, ASÍ MISMO, LOS LABORATORIOS FABRICANTES DE LOS MISMOS CUENTAN CON TIEMPO DE ENTREGAS ESTIMADOS DE 8 DÍAS NATURALES. EN CASO DE SER NEGATIVA LA PETICIÓN, SE CONSIDERA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA ENTREGA EN LOS TIEMPOS SOLICITADOS, POR LO CUAL SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES AL SOLICITAR REQUISITOS QUE SON IMPOSIBLES DE CUMPLIR.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LA ENTREGA DE LOS BIENES PARA PEDIDOS ORDINARIOS NO EXCEDERÁ DE 2 DÍAS NATURALES Y PARA PEDIDOS EXTRAORDINARIOS NO EXCEDERÁ DE 4 HORAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL OFICIO EMITIDO POR EL ALMACÉN CENTRAL -----

PREGUNTA 4.- 3.2 DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTAS PODRÁ SER POR EL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA (OFERTA) DE LOS LICITANTES-----

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 2 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.-----

PREGUNTA 5.- 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO E, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL QUE EMITE EL PORTAL DEL SAT A LOS CONTRIBUYENTES, SE CONSIDERARÁ COMO ORIGINAL YA QUE ACTUALMENTE EL SAT SOLO EMITE EL DOCUMENTO SOLICITADO A TRAVÉS DE SU PORTAL.-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR POR DUPLICADO DICHO DOCUMENTO -----



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PREGUNTA 6.-. 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO F, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EN CASO DE NO CONTAR CON DICHS DOCUMENTOS POR NO APLICARLE A LOS LICITANTES (CONTAR CON LOS BIENES EN ARRENDAMIENTO O LOS SERVICIOS PERSONALES A TRAVÉS DE UN OUTSOURCING), BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL CUAL SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE SON APLICABLES, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1, INCISO A Y B DE LOS "ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL".-----

RESPUESTA: CUANDO NO LE SEA APLICABLE ALGUNA DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 3 CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ DEBERÁ MANIFESTARLO EN DICHO ANEXO. ASIMISMO, EN EL ANEXO 4 DEBERÁ SEÑALAR LA CAUSA POR LA QUE DICHAS CONTRIBUCIONES NO LE SON APLICABLES. ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CONTRATO O CONTRATOS RESPECTIVOS VIGENTES. -----

PREGUNTA 7.-. 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO F, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA CARTA DE APOYO PODRÁ SER PRESENTADA INDISTINTAMENTE POR FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL MATERIAL DE CURACIÓN-----

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA. -----

PREGUNTA 8.-. 4.5.2 PROPUESTA ECONÓMICA. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE PODRÁ OFERTAR SOLO POR PARTIDA, ESTO CON LA FINALIDAD DE RECIBIR MEJORES PROPUESTAS YA QUE EXISTEN LABORATORIOS QUE SOLO LE DAN EL APOYO A UN SOLO LICITANTE. -----

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 3 DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.-----

V. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.---

VI. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCION VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES,




TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.-----

VII. SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 25** DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS **11:00 HRS** Y EL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO, SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 05** DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS **10:00 HRS**, AMBOS EVENTOS SERÁN EN LA SALA "A" DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITO EN EL PISO 10, A LA NORTE DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE ALTADENA No. 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **20:30 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA, AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.-----


POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO




LIC. EDUARDO E. CASTILLO ARROYO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS




C. CARLOS SAN JUAN SOLARES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



C. SONIA DELGADO MIRANDA
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE NORMAS Y CONCURSOS



LIC. RAFAEL DE VILLA ARPÓN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y
URGENCIAS



T.R. MOISÉS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS




ING. JUAN MERCADILLO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA E INSUMOS




TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".


LIC. MISAEL IVAN SALAZAR DE SANTIAGO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA



ING. ALEJANDRO G. MORENO CORONADO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

POR PARTE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO



C.P. ERIKA CARBAJAL CANO
JUD DE AUDITORÍA OPERATIVA,
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO "A"

LICITANTES


VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE ALEJANDRO MONJARAZ GÓMEZ


HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT


SUMINISTROS Y DESECHABLES SKKYD, S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ PAOLETTI


INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S. A. DE C. V. A TRAVÉS DE GUADALUPE FAJARDO HERRERA



TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

MACVP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
A TRAVÉS DE
ANTONIO CARLOS MACIAS VALADEZ PÉREZ

ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD,
S.A. DE C.V.
A TRAVÉS DE
CARLOS LÓPEZ DZIB

HOSPIMEDICAL, S.A. DE C.V.
A TRAVÉS DE
EILEEN URZUA AYECAC

CASA MARZAN, S.A. DE C.V.
A TRAVÉS DE
ELIZABETH SALCEDO VELAZQUEZ

SE RETIRO

EXFARMA, S.A. DE C.V.,
A TRAVÉS DE
ANA LAURA DOMÍNGUEZ PEÑA

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-002-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO