



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NO. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE SU REGLAMENTO, **ADOLFO ALONSO BONEQUI**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-001-2023**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA", HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: _____

HECHOS

- I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: _____

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS.
DIRECCIÓN JURIDICA Y NORMATIVA	LIC. JOSÉ LUIS CORTÉS SÁNCHEZ REPRESENTANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y URGENCIAS	C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE
	LIC. ANGEL LÓPEZ REYES SEGUIMIENTO DE SERVICIOS INTEGRALES
	DR. ALEJANDRO TÉLLEZ SCHMILL JEFE DE SERVICIOS DE HEMODINAMIA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LUZ DEL SOCORRO GÓMEZ REPRESENTANTE

- II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES: _____

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE
WACHUMA S. DE R.L. DE C.V.	GUSTAVO DOMINGUEZ
SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	ISRAEL GARCÍA RANGEL
HI - TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT
COMERLAT, S.A. DE C.V.	HÉCTOR ANDRADE
EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA MEDICAL, S.A.P.I. DE C.V.	RICARDO MONDRAGÓN MONTOYA

350000000

00000073



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PRECISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

1. SE ADJUNTA EL FORMATO DE MANERA MÁS ESPECÍFICA DEL ANEXO 20, PARA QUE EL LICITANTE PUEDA REQUISITARLO DE MANERA CORRECTA, EL CUAL, FUE PREVIAMENTE ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS LICITANTES.
2. SE ACLARA QUE PARA EL CASO DE QUE ALGUN INSUMO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA SEA SOLICITADO POR EL AÉREO REQUERENTE Y ESTE NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA DE INSUMOS, SE PODRÁ SOLICITAR AL LICITANTE ADJUDICADO, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PRECIO DE MERCADO, PARA LO CUAL PREVIAMENTE SE REALIZARÁ EL SONDEO DE MERCADO TENIENDO COMO BASE 3 COTIZACIONES QUE SIRVAN COMO PRECIO DE REFERENCIA.

PRECISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS:

1. EN EL APARTADO FICHA TÉCNICA DE LOS INSUMOS SE HACE LA ACLARACIÓN QUE TODOS LOS CONCEPTOS QUE CONTEMPLAN UN RANGO DE DIFERENTES MEDIDAS O ESPECIFICACIONES DENTRO DE SU DESCRIPCIÓN, DEBERÁN SER COTIZADOS A UN PRECIO FIJO QUE ABARQUE DICHO RANGO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA Y EN LA TÉCNICA SE DEBERÁ ENTREGAR LA PROPUESTA DE TODOS LOS BIENES QUE SE ENCUENTREN EN ESE RANGO DE MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES, TODOS CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN RESPALDO.

PRECISION POR PARTE DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS TECNOLOGIA E INSUMOS.

1. DICE

REGISTRO EN EL SOFTWARE DE GESTIÓN

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERÁ SOLICITAR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ASIGNAR DIRECCIÓN DE IP Y LO NECESARIO DE INFRAESTRUCTURA CON UN TERCERO, EN COMÚN ACUERDO CON LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA CONECTAR EL HARDWARE Y SOFTWARE, ESTO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

EN EL APARTADO DE INCIDENCIAS, EL TÉCNICO EN HEMODINAMIA UNA VEZ A LA SEMANA PREFERENTEMENTE JUEVES O VIERNES, DEBERÁ REPORTAR LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS.

LOS REPORTES SEMANALES Y REVISIÓN DE INVENTARIO MÍNIMO TAMBIÉN DEBERÁN REGISTRARSE EN EL SISTEMA, SE DEBERAN ENTREGAR CUATRO TABLETAS AL PERSONAL MEDICO, QUE SE REGRESARAN AL TERMINO DEL CONTRATO, LA FUNCIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA ES PARA QUE LOS MÉDICOS ENTREN A SU SESIÓN DEL SOFTWARE PARA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y POR PARTE DE ENFERMERÍA PARA PODER HACER PARTE DEL DOBEL CHEQUE DE INSUMOS UTILIZADOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS

DEBE DECIR

REGISTRO EN EL SOFTWARE DE GESTIÓN

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERÁ SOLICITAR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ASIGNAR DIRECCIÓN DE IP Y LO NECESARIO DE INFRAESTRUCTURA CON UN TERCERO, EN COMÚN ACUERDO CON LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA CONECTAR EL HARDWARE Y SOFTWARE, ESTO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

EN EL APARTADO DE INCIDENCIAS, EL TÉCNICO EN HEMODINAMIA UNA VEZ A LA SEMANA PREFERENTEMENTE JUEVES O VIERNES, DEBERÁ REPORTAR LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS.

LOS REPORTES SEMANALES Y REVISIÓN DE INVENTARIO MÍNIMO TAMBIÉN DEBERÁN REGISTRARSE EN EL SISTEMA, SE DEBERAN ENTREGAR CUATRO TABLETAS AL PERSONAL MEDICO, QUE SE REGRESARAN AL TERMINO DEL CONTRATO, LA FUNCIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA ES PARA QUE LOS MÉDICOS ENTREN A SU SESIÓN DEL SOFTWARE PARA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y POR PARTE DE ENFERMERÍA PARA PODER HACER PARTE DEL DOBLE CHEQUEO DE INSUMOS UTILIZADOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS.

2. **ACLARACIÓN NO. 2**

00000074



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

SE ELIMINAN DEL ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO Y SOFTWARE DE GESTIÓN, DEL EQUIPO 5 INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE TODO EL PUNTO 18.

SE AGREGA EL EQUIPO 11 SISTEMA DE RESERVA DE FLUJO FRACCIONAL FFR 11.1 CON DOS OPCIONES 0.5 Y 1.0 MM/SEG 11.2 COMPATIBLE CON EL TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA Y EL SISTEMA DE ATERECTOMIA ROTACIONAL 11.3 RETROCESO MANUAL DE 15000 CUADROS O SUPERIOR 11.4 RETROCESO AUTOMÁTICO DE AL MENOS 3000 FOTOGRAFÍAS 11.5 PANTALLAS DE CORTE TRANSVERSAL Y DUAL VIEW.

3. ACLARACIÓN 3

SE AGREGA EN EL NUMERAL 4.1 MUESTRAS Y EL ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS LOS SIGUIENTES EQUIPO E INSUMOS EL EQUIPO "INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE" COMO MUESTRA NÚMERO 9 (QUE APARECE EN EL ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO Y SOFTWARE DE GESTIÓN, EQUIPO 5 INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE).

SE AGREGA A MUESTRAS COMO EL NUMERO 10 "BALONES CON ATEROTOMOS FLEXIBLES O RÍGIDOS, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES" (INCLUIDO EN EL ANEXO 1.4 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS, NUMERAL NO. 21).

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, Y PARA TAL FIN, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTO TECNOLOGÍA E INSUMOS, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

WACHUMA, S.R.L. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3 CONSTANCIA DE ADEUDOS EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE: IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE DERECHO SOBRE SUMINISTRO DE AGUA.	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE EL INMUEBLE DE LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE SEA ARRENDADO BASTARÁ PRESENTAR EL CONTRATO ARRENDAMIENTO Y EL ANEXO 3 INDICANDO LOS IMPUESTOS QUE NO LE APLICAN. ¿FAVOR DE ACLARAR?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN ORIGINAL Y COPIA, Y REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4.
2	NUMERAL 4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3 CONSTANCIA DE ADEUDOS EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) CON FECHA NO	ES CORRECTO ENTENDER DE QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE CUENTE CON UN VEHÍCULO EMPLACADO EN EL ESTADO DE MORELOS BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO 3 INDICANDO QUE NO APLICA EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTO, DEBERÁ REQUISITAR EL ANEXO 3 Y EL ANEXO 4 INDICANDO BREVEMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE NO LE APLICAN LOS IMPUESTOS.

00000075



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

	MAYOR A 60 DÍAS NATURALES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE: IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE DERECHO SOBRE SUMINISTRO DE AGUA.	USO DE VEHÍCULOS. ¿FAVOR DE ACLARAR?	
3	NUMERAL 4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA M) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	DERIVADO DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CON RESPECTO A LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CLAUSULA NOVENA- VIGENCIA, DONDE INDICA QUE GOZARA VIGENCIA DURANTE EL DÍA DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO GENERADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INCLUIR DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON VIGENCIA DE UN DÍA ANTERIOR EN SENTIDO POSITIVO A LA FECHA DE APERTURA, LO ANTERIOR PARA PODER CERRAR NUESTRA PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CIRCULAR NÚMERO UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS SE PUEDE PRESENTAR CON UNA FECHA NO MAYO A UN MES DE ANTELACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.
4	ANEXO TÉCNICO 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DE FABRICANTE EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL CARTA DE APOYO SOLIDARIO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PRESENTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN (CON FECHA DEL MES Y DEL AÑO DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA LOS INSUMOS, Y SOFTWARE OFERTADOS, GARANTIZANDO EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DEBIENDO CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y LAS PARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DE LAS MISMAS	DERIVADO A LAS FECHAS NAVIDEÑAS, ALGUNOS FABRICANTES SE ENCUENTRAN YA DE VACACIONES, POR LO QUE EL OBTENER UNA CARTA DE APOYO SOLIDARIO EN ORIGINAL Y CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA SE COMPLICA, POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO PARA LOS INSUMOS Y SOFTWARE OFERTADOS IMPRESA DE FORMATO DIGITAL Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS PRESENTAR CARTA DE APOYO EN ORIGINAL A LA FIRMA DE CONTRATO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ADJUNTE EL CORREO ELECTRÓNICO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, LE ESTE ENVIANDO LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE A SU REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE NO PRESENTARLO, SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA

00000076

00000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO G.	DEBIDO A QUE LA LICITACIÓN QUE NOS CONVOCA REFERENTE AL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA NO CONTEMPLA INSUMOS Y EQUIPOS FABRICADOS EN MÉXICO Y PARA NO INCURRIR EN FALSEDAD DE DECLARACIÓN AL PRESENTAR EL ANEXO 9 "MANIFESTACIÓN DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL", COMO UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. DE LO CONTRARIO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CÓMO DAREMOS CUMPLIMIENTO A LO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL QUE A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE: "XXIII EL GRADO DE INTEGRACIÓN QUE DEBERÁN CONTENER LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" ASIMISMO, A LO INDICADO EN ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL QUE A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE: CAPITULO TERCERO DE LOS GRADOS DE INTEGRACION NACIONAL ARTÍCULO 53.- LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES, INCLUIRÁN DENTRO DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL COMO REQUISITO, QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS BIENES QUE SE OFERTAN, SON PRODUCIDOS EN MÉXICO Y CUENTAN POR LO MENOS CON UN 50% DE INTEGRACIÓN NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DENTRO DEL CUAL OCUPA BIENES QUE FORMAN PARTE DEL MISMO SERVICIO, EL CUAL ES PRESTADO POR PERSONAL DE NACIONALIDAD MEXICANA Y POR EMPRESA DE ORIGEN NACIONAL, Y NO DE UN PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES. LO CUAL SE ROBUSTECE CON LO SEÑALADO CON EL ARTICULO DÉCIMO CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL GRADO DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE DISMINUCIÓN U OMISIÓN DEL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL QUE SEÑALA, "NO SE CONSIDERARA QUE UN SERVICIO SEA DE IMPORTACIÓN, CUANDO SE CONTRATADO POR PERSONAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, CONTRATADAS POR PERSONAS FÍSICAS O MORALES EXTRANJERAS PARA REALIZARLO. POR LO CUAL, DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO INDICANDO QUE CUENTA CON EL MÍNIMO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL SOLICITADO.
2	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO B	ENTENDEMOS QUE POR INSTRUMENTO LEGAL SE REFIERE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	4.5.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL TODOS LOS INCISOS	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS ANEXOS NO NOS APLIQUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO NOS PERMITA COLOCAR LA MARCA DE AGUA CON LA LEYENDA "NO APLICA" ¿SE ACEPTA?	SÍ, PERO EN CASO DE DETECTAR QUE DICHO MANIFIESTO SI LE APLICA, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

00000077



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
4	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL PUNTO 7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PRESENTE CARTA FABRICANTE O FILIAL O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE LA CARTA DEBE DE SER DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
5	4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRÁN PRESENTAR CONTRATOS CON EL OBJETO DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO Y PERSONAL ESPECIALIZADO.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE LOS CONTRATOS DEBEN SER OBJETOS DE ESTA LICITACIÓN
6	4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	DEBEMOS ENTENDER QUE LA CARTA DE RECOMENDACIÓN SE PRESENTARA EN ORIGINAL PARA COTEJO CON SU COPIA SIMPLE ¿ES CORRECTO?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE VA A REALIZAR COTEJO, FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA
7	4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PODEMOS PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN O CARTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE O CARTA CUMPLIMIENTO POR CONTRATO PRESENTADO. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE DE LOS DEMÁS PARTICIPANTES
8	4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS ELECTRÓNICAS IMPRESAS, ESTO DEBIDO A LAS FECHAS DECEMBRINAS Y A LOS TIEMPOS RECORTADOS, CONSIDERANDO LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LAS BASES Y LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, COMPROMETIÉNDONOS A PRESENTAR LAS MISMAS EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ADJUNTE EL CORREO ELECTRÓNICO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN EL CUAL LE ESTE ENVIANDO LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE A SU REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE NO PRESENTARLO, SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
9	4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR Y/O SUBDISTRIBUIDOR. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO, LA CARTA DEBE DE SER DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
10	ANEXO 1.4 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS, NUMERO 1	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR AGUJA DE PUNCIÓN PARA VASOS ARTERIALES Y VENOSOS DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONG 7CM, CAL 18 PARA GUÍA 0.038 PULG. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SE ACEPTA.
11	ANEXO 1.4 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS, NUMERO 2	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS BATAS, EL KIT ANGIOGRÁFICO DESECHABLE, LOS ZAPATONES POR SEPARADO PARA CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO. CON EL COMPROMISO QUE UNA VEZ ADJUDICADO, EL BULTO DE ROPA SE ADECUARÁ PERFECTAMENTE A LAS NECESIDADES DEL LA CONVOCANTE DEPENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, ESTO SIN AFECTAR LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL INSUMO. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE NO SE ACEPTA

00000078

77000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
12	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 3	¿DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTA DESCRIPCION SOLICITADA PODEMOS OFERTAR LONGITUDES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS QUE MENCIONA LA CONVOCANTE, TANTO EN LONGITUD COMO EN FR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	DEBERÁ APEGARSE AL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADO CONFORME A LA ACLARACIÓN NÚMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
13	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 4	¿DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTA DESCRIPCION SOLICITADA PODEMOS OFERTAR LONGITUDES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS QUE MENCIONA LA CONVOCANTE, TANTO EN LONGITUD COMO EN FR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	DEBERÁ APEGARSE AL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADO CONFORME A LA ACLARACIÓN NÚMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
14	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 5	¿DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTA DESCRIPCION SOLICITADA PODEMOS OFERTAR LONGITUDES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS QUE MENCIONA LA CONVOCANTE, TANTO EN LONGITUD COMO EN FR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	DEBERÁ APEGARSE AL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADO CONFORME A LA ACLARACION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
15	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 5	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTA DESCRIPCION ES NECESARIO REFERENCIAR EN LOS CATALOGOS QUE LOS INTRODUCTORES QUE SOLICITAN SE PUEDEN OCUPAR TANTO EN VIA RADIAL COMO FEMORAL EN TODOS LOS FR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	DEBERA APEGARSE AL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADO CONFORME A LA ACLARACION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU, ADICIONAL DEBERÁ ESPECIFICAR SI EL INTRODUCUTOR ES RADIAL O FEMORAL.
16	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 5	SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA REFERENCIAR EN EL CATALOGO LOS INTRODUCTORES QUE APLICAN PARA VIA RADIAL Y VIA FEMORAL, DADO QUE NO TODAS LAS MEDIDAS SE PUEDEN UTILIZAR POR VIA RADIAL. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SE ACEPTA.
17	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 6	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE TENEMOS QUE OFERTAR FRASCO DE MEDIO DE CONTRASTE DE 500 ML DADO QUE LA CANTIDAD QUE SOLICITAN ES DEMASIADA Y POCO USUAL PARA UN PROCEDIMIENTO DE HEMODINAMIA. FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE AL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADO CONFORME A LA ACLARACION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
18	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 8	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR JERINGA DE CONTRASTE CON CAPACIDAD DE HASTA 150 ML DE ALTA PRESION ESTERIL Y DESECHABLE COMPATIBLE CON EL EQUIPO A OFERTAR, DADO QUE AL SOLICITAR LA MARCA ACIST LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE ESTE EVENTO LICITATORIO. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SE ACEPTA. 00000079
19	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 9	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR MANIFOLD AUTOMATIZADO DESECHABLE DE UN SOLO USO CON PUERTO DE SOLUCION SALINA Y CONTRASTE DE ALTA PRESION	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SE ACEPTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		COMPATIBLE CON EL EQUIPO A OFERTAR, DADO QUE AL SOLICITAR LA MARCA ACIST LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE ESTE EVENTO LICITATORIO. ¿SE ACEPTA?	
20	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 10	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR CONTROLADOR MANUAL DESECHABLE DE UN SOLO USO, PARA USO EN CAMPO ESTERIL CON BOTONES SENSIBLES A LA PRESION DE CONTRASTE Y SOLUCION SALINA, COMPATIBLE CON EL EQUIPO A OFERTAR, DADO QUE AL SOLICITAR LA MARCA ACIST LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE ESTE EVENTO LICITATORIO. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SE ACEPTA.
21	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 11	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTA DESCRIPCION SOLICITADA PODEMOS OFERTAR DIAMETROS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS QUE MENCIONA LA OCONVOCANTE, POR EJEMPLO, LOS DIAMETROS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS 0.018 A 0.038. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERA APEGARSE AL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADO CONFORME A LA ACLARACION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
22	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 13	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTA DESCRIPCION SOLICITADA PODEMOS OFERTAR DIAMETROS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS QUE MENCIONA LA CONVOCANTE POR EJEMPLO LOS DIAMETROS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS 5FR A 7FR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERA APEGARSE AL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADO CONFORME A LA ACLARACION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
23	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES REGISTRO SANITARIO VENCIDO	ENTENDEMOS QUE PARA AQUELLOS REGISTROS SANITARIOS QUE ESTÁN VENCIDOS Y SE ENCUENTREN EN TRÁMITE DE PRÓRROGA BASTARÁ CON ENTREGAR: a) SOLICITUD DE TRÁMITE DE PRÓRROGA Y/O b) ACUSE DE TRÁMITE DE PRÓRROGA ¿ES CORRECTO?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO, DEBE ENTREGAR, LO SOLICITADO EN EL INCISO A,B,C,D Y E, EN CASO DE NO PRESENTAR UN PUNTO SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
24	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 17	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARA SI ES NECESARIO OFERTAR EN LA MISMA PARTIDA LAS GUIAS DE SOPORTE INTERMEDIO, EXTRA SOPORTE Y SUAVES PARA ANGIOPLASTIAS COMUNES Y GUIAS DEDICADAS PARA OCLUSIONES TOTALES CRONICAS DADO QUE VIENEN EN DIFERENTE CATALOGO Y DOCUMENTACION REGULATORIA. FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PARTIDA EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PRECIO TODO LO ENUNCIADO SIENDO EL LISTADO DE TODO LO QUE SE PODRÍA SER UTILIZADO, CONFORME A LA ACLARACION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
25	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 17	SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS CATALOGOS Y DOCUMENTACION REGULATORIA QUE JUSTIFIQUE LAS	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SE ACEPTA.

00000080



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		GUIAS PARA ANGIOPLASTIAS COMUNES Y ANGIOPLASTIAS TIPO CTO. ¿SE ACEPTA?	
26	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MODELOS DE CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE DE LA MISMA MARCA, EN DOS DIFERENTES MODELOS, ESTO PARA ABARCAR LA LONGITUD DE 1.0 MM A 5.0 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, DE 140 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (SE OFERTAN TODAS LAS MEDIDAS), ESTO PARA OFRECERLE TODA LA GAMA DE BALONES CORONARIOS DESDE 1.00 MM DE DIÁMETRO LA CUAL NO TODAS LAS MARCAS CUENTAN Y AYUDA EN PROCEDIMIENTOS DE CTO Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
27	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 19	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTA DESCRIPCION SOLICITADA PODEMOS OFERTAR DIAMETROS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS QUE MENCIONA LA CONVOCANTE POR EJEMPLO LOS DIAMETROS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS 2.00MM A 5.00MM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE DEBERA APEGARSE AL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADO CONFORME A LA ACLARACION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
28	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 19	SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR STENT CORONARIO, ALEACION DE CROMO COBALTO CROMO L605, RECUBIERTO CON SIRULIMUS DIAMETROS DE 2.0 A 4MM Y LONGITUDES DE 8MM A 38MM. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE NO APLICA.
29	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 23	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE SOPORTE COMPATIBLE CON SISTEMA 0.035", 0.018" Y 0.014". LONG DE TRABAJO DE 90 Y 150CM. CON MARCADORES DOBLES Y MARCA RADIOPACA DE PLATINO DE 1MM TOTALMENTE INCRUSTADA. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SI SE ACEPTA.
30	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 24	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL MICROCATETER QUE SOLICITAN TIENE QUE APLICAR PARA LA ESPECIALIDAD DE CARDIO O VASCULAR PERIFERICO DADO QUE ES UNA DESCRIPCION MUY ABIERTA. FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE APLICA EN AMBAS.
31	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 24	SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE SOLICITE PARA TODOS LOS LICITANTES DOCUMENTACION REGULATORIA Y CATALOGOS DE AMBOS MICROCATETERES, DADO QUE SON	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SI SE ACEPTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DIFERENTES INSUMOS Y EN LA OPERACIÓN PUEDE COMPLICAR LA ENTREGA DEL INSUMO AL NO ESPECIFICARSE LA ESPECIALIDAD. ¿SE ACEPTA?	
32	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 36	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO HEMOSTATICO PARA CIERRE DE PUNCIÓN ARTERIAL DE COLÁGENO DE 6 A 8FR. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SI SE ACEPTA.
33	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 39	DEBEMOS ENTENDER QUE PODEMOS OFERTAR: DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL CON RECUBRIMIENTO DE OXIDO DE TITANIO DE DIVERSOS TAMAÑOS CON DISCO DE RETENCIÓN PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO., ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
34	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 40	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL CON PARCHE DE PET PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, TOTALMENTE RECAPTURABLE. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN, SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR TIPO FLEX PUSHER. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS GUIA DE INTERCAMBIO DE 0.035 X 260 CM DE LONGITUD, ALTO SOPORTE Y PUNTA EN "J" CON SEGMENTO SUAVE DE 1 CM. ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
35	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 41	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR; SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA. CALIBRE 7 A 12 FR. LONGITUD 60 A 80 CM. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4MM A 40MM E INTERMEDIAS COMPATIBLE CON DISPOSITIVO OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
36	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 42	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR; OCLUSOR DE NITINOL FLEXIBLE CON PARCHE DE PET PARA CIERRE DECOMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, TRATAMIENTO CERAMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4 MM A 20MM E INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 6 A 7FR. MÁS GUIA DE INTERCAMBIO DE 0.035" X 260, DE ALTO	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

18000000

00000082



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		SOPORTE Y PUNTA EN "J" CON SEGMENTO SUAVE DE 1 CM. ¿SE ACEPTA?	
37	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, NUMERO 46	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL USO DE ESTE INSUMO YA QUE LA DESCRIPCION SE ENCUENTRA DE MANERA ABIERTA Y ES NECESARIO ESPECIFICAR PARA PODER OFERTAR UN INSUMO QUE SE ADECUA A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE. FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE SE REQUIERE PARA AORTA ABDOMINAL Y AORTA TORÁCICA.
38	INSUMOS DE MUESTRAS A PRESENTAR DE MANERA FISICA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL INSUMO RECUPERADOR INTRAVASCULAR DE ASA, CONSTA DE CATETER TIPO SNARE O CANASTILLA Y GUÍA METÁLICA CON PUNTA EN ASA LONGITUD TOTAL DEL SISTEMA 120 CM CALIBRE DE CATETER 4 FR. Y LA PUNTA EN ASA DE 10 MM ESTÉRIL Y DESECHABLE. Y SI SERÁ INCLUIDO EN EL ANEXO TECNICO, DADO QUE LO SOLICITAN EN LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS, PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS INSUMOS SOLICITADOS. FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SOLO SE PRESENTARA EN MUESTRA.
39	3. GARANTÍAS 3.7. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	DEBERÁ ENTENDERSE QUE, EN EL MONTO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ES SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTO.
40	3. GARANTÍAS 3.7. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SE ENTENDERÁ QUE UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A NOMBRE DE MI REPRESENTADA CON UNA COBERTURA AMPLIA CON EL 15% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO ES SUFICIENTE, Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS BASTARÁ CON PRESENTAR COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE DE DICHA PÓLIZA, PUESTO QUE LA PÓLIZA ESTÁ A NOMBRE DE MI REPRESENTADA.	EL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL LICITANTE EN ORIGINAL CON UNA COBERTURA QUE GARANTICE COMO MÍNIMO EL 15% DEL VALOR MÁXIMO DEL CONTRATO.
41	ANEXO TECNICO 2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS EN PRÉSTAMO PERMANENTES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UNA CARTA, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DE MI REPRESENTADA EN EL QUE NOS COMPROMETEMOS A, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS EN DONDE SE SEÑALEN LA FECHA DE FABRICACIÓN. ESTO CONSIDERANDO QUE DICHOS CERTIFICADOS EN EL CASO DE EQUIPO NUEVO VIENEN DENTRO DEL EMBALAJE Y SE TENDRIAN HASTA LA ENTREGA DE LOS MISMOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE CUANDO LOS EQUIPOS SEAN NUEVOS DEBERA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ENTREGARÁ EL PEDIMIENTO ADUANAL AL MOMENTO DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES ASÍ COMO LA CARTA DE FABRICANTE DONDE ESTE MENCIONE EL AÑO DE FABRICACIÓN. 00000083
42	ANEXO TECNICO 4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES III	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE HOJAS QUE SE DEBERÁN ENTREGAR, NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LA PORTADA Y LA PÁGINA DEL LISTADO	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SI, SIEMPRE Y CUANDO CORRESPONDA CABALMENTE Y ESTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		REFERENCIADA, DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
43	ANEXO TECNICO 4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES V	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO PODEMOS ENTREGAR FDA O CE O JIS O ISO 13485:2016, ¿ES CORRECTO?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE EN EL INCISO V DEBE ENTREGAR EL ISO 13485:2016
44	ANEXO TECNICO 4.7.1.4 CATA DE APOYO DEL FACRICANTE	DADO QUE NUESTRO SOFTWARE ES UNA SOLUCIÓN DESARROLLADA POR MICROSOFT, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE NOS PERMITA PRESENTAR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO, EL SOFTWARE DEBE SER MODIFICABLE A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO INTEGRAL
45	ANEXO TECNICO 4.7.1.9 EXPERIENCIA INGENIEROS Y/O DESARROLLADORES DE SOFTWARE DE GESTIÓN III	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTREGAR CERTIFICADO, DIPLOMA O CONSTANCIA RELACIONADA CON EL SOFTWARE QUE OFERTAREMOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE MANIFIESTE.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.9.
46	ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 3. UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA 5. CORTE MONOPOLAR	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR POTENCIA DE CORTE PURO DE 300 WATTS, CONSIDERANDO QUE LAS POTENCIAS MÁXIMAS DE LAS UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA SE UTILIZAN SOLAMENTE EN PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN UROLÓGICOS EN PRESENCIA DE LÍQUIDO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
47	ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 3. UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA 6. COAGULACIÓN MONOPOLAR	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR POTENCIA DE COAGULACIÓN MONOPOLAR DE 120 WATTS, CONSIDERANDO QUE LAS POTENCIAS MÁXIMAS DE LAS UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA SE UTILIZAN SOLAMENTE EN PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN UROLÓGICOS EN PRESENCIA DE LÍQUIDO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
48	ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 3. UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA 7. CORTE BIPOLAR	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR POTENCIA DE CORTE BIPOLAR DE 90 WATTS, CONSIDERANDO QUE LAS POTENCIAS MÁXIMAS DE LAS UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA SE UTILIZAN SOLAMENTE EN PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN UROLÓGICOS EN PRESENCIA DE LÍQUIDO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
49	ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 5. INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE 2. VELOCIDAD DE LLENADO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: RECARGA MANUAL O AUTOMÁTICA 2 ML/S, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA

00000084



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "fai" and "zs"
- Middle right: "A"
- Far right: "X" and "H"
- Far right: "J"
- Far right: "A"
- Far right: "M"
- Bottom right: "79"

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
50	ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 5. INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE 2. MANIFOLD	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO MÓDULO DE CONTROL DE FLUIDO (FCM POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y REFERENCIAR SUS CARACTERÍSTICAS QUE OFRECEN LOS MISMOS BENEFICIOS QUE SOLICITA LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SU PREGUNTA NO CORRESPONDE CON LA FICHA TÉCNICA
51	ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 5. INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE 15 PARÁMETROS DE INYECCIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: • FLUJO DE 1 A 45 ML/S CON INCREMENTOS DE 1 ML/S • VOLUMEN DE 1 A 50 ML CON INCREMENTOS DE 1 ML • TIEMPO DE ASCENSO 0.1 A 9.9 SEGUNDOS • PRESIÓN DE 300 A 1200 PSI CON INCREMENTOS DE 1 PSI CARACTERÍSTICAS QUE CUBREN LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y CLÍNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
52	ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 5. INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE 16 BOMBA DE INFUSIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: VELOCIDAD DE FLUJO 0.75 A 1.5 ML/S, CARACTERÍSTICA QUE CUBRE LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y CLÍNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
53	ANEXO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO 5. INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE 17 Y 18	CREEMOS QUE SE TRATA DE UN ERROR EN LA FICHA TÉCNICA, YA QUE ESTOS SON PARÁMETRO PERTENECIENTES A OTRO EQUIPO, POR LO CUAL SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTE PAR DE NUMERALES DE LA REFERENCIACIÓN DEL INYECTOR, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE VER PRECISIÓN TÉCNICA 2
54	FICHA TECNICA, PARTIDA 8, PUNTO 13 COMPATIBILIDAD CON EQUIPO DE ROTOABLADOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, AMABLEMENTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "EL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES ULTRASÓNICAS ESTÁ DISEÑADO PARA EL EXAMEN ULTRASÓNICO DE PATOLOGÍAS INTRAVASCULARES. EL ULTRASONIDO INTRAVASCULAR ESTÁ INDICADO PARA PACIENTES QUE SON CANDIDATOS A PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN TRANSLUMINAL TALES COMO LA ANGIOPLASTIA Y LA ATRECTOROMÍA" SIENDO EL ULTRASONIDO INTRACORONARIO (IVUS) EL EQUIPO IMPLEMENTADO PARA EL DIAGNOSTICO Y EL EQUIPO ROTOABLADOR PARA EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
55	ANEXO 1.9 RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO REQUISITAR LA COLUMNA DE FOLIO DE	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE TODO DEBE ESTAR REQUISITADO

00000000

00000085



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		SU PROPUESTA, FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	
	REPREGUNTAS	SI EL OBJETIVO DE LA ENTREGA DE MUESTRAS ES VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS OFERTADOS. ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE TRAER TODOS LOS MEDIOS SI SE PUEDEN REFERENCIAS AL CATÁLOGO? POR LO QUE SOLICITAMOS RESPECTUOSAMENTE QUE NOS PERMITAN ÚNICAMENTE ENTREGAR UNA MUESTRA Y PRESENTAR LOS CATÁLOGOS PARA VERIFICAR LAS MEDIDAS CON SE CUENTAN.	DEBERÁ ENTREGAR LA SIGUIENTE CANTIDAD DE MUESTRA: 1. 90 CM. 2. UNA MUESTRA REPRESENTATIVA. 3. UNA MUESTRA REPRESENTATIVA. 4. SE CANCELÓ. 5. UNA MUESTRA REPRESENTATIVA. 6. LA MUESTRA DEL NUMERAL. 7. INYECTOR CATÁLOGO. UNA MUESTRA REPRESENTATIVA.
	REPREGUNTA AL A RESPUESTA 44	EL SOFTWARE QUE ESTAMOS OFERTANDO ES DESARROLLADO POR MICROSOFT Y PUEDE ADAPTAR SUS MÓDULOS A LAS NECESIDADES MANIFESTADOS POR LA CONVOCANTE, SI NO ME PERMITE ENTREGAR EL PAGO DE LICENCIAS COMO SE ESTÁ SOLICITANDO PREVIO A LA EVALUACIÓN, EN LA DEMOSTRACIÓN Y EN LA APERTURA, SE ESTARÍA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, POR LO QUE SOLICITO RECONSIDERAR SU RESPUESTA.	SE REQUIERE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, SI SU SOFTWARE REQUIERE LICENCIAS, EL OFERTANTE DEBERÁ ADQUIRIRLAS.
	REPREGUNTA A LA RESPUESTA 26	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS: BALÓN PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON DIÁMETRO DE 1.0 A 4.0 MM Y DE 5 A 40 MM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

COMERLAT, S.A DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	2.2. INTEGRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I, 33 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVICIO OFERTADO POR LOS LICITANTES DEBERÁ GRADO DE CONTAR POR LO MENOS CON UN 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE CONTENIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.	EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL INDICA QUE "LAS LICITACIONES PÚBLICAS PODRÁN SER: I.- NACIONALES: CUANDO ÚNICAMENTE PUEDAN PARTICIPAR PROVEEDORES NACIONALES Y <u>LOS BIENES A ADQUIRIR SEAN PRODUCIDOS EN EL PAÍS Y CUENTEN POR LO MENOS CON UN CINCUENTA POR CIENTO DE CONTENIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. (ENFÁSIS AÑADIDO)</u> EL QUE SERÁ DETERMINADO TOMANDO EN CUENTA EL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL BIEN, QUE SIGNIFICA TODOS LOS COSTOS MENOS LA PROMOCIÓN DE VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, REGALÍAS Y EMBARQUE, ASÍ COMO LOS COSTOS FINANCIEROS..." ES DECIR EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL APLICA CUANDO SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE SIENDO QUE EN BIENES, Y EL CASO DE LA LICITACIÓN	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DENTRO DEL CUAL OCUPA BIENES QUE FORMAN PARTE DEL MISMO SERVICIO, EL CUAL ES PRESTADO POR PERSONAL DE NACIONALIDAD MEXICANA Y POR EMPRESA DE ORIGEN NACIONAL, Y NO DE UN PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES. LO CUAL SE ROBUSTECE CON LO SEÑALADO CON EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL GRADO DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE DISMINUCIÓN U OMISIÓN DEL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL QUE SEÑALA, "NO SE CONSIDERARÁ QUE UN SERVICIO SEA DE IMPORTACIÓN, CUANDO SEA PRESTADO POR PERSONAL DE

28000000

00000086



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		EN COMENTO SE TRATA DE UN SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, POR LO QUE NO APLICARÍA SOLICITAR EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, MÁXIME QUE LOS BIENES QUE ESTÁN DENTRO DEL SERVICIO, EQUIPOS SON PROPIEDAD DE LOS PROVEEDORES, Y LOS DEMÁS INSUMOS LA GRAN MAYORÍA DE LOS FABRICANTES SON DE ORIGEN EXTRANJERO, SIENDO SÓLO PARTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OMITIR LA DICHA MANIFESTACIÓN, DEBIENDO ÚNICAMENTE PRESENTAR UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. ¿SE ACEPTA?	NACIONALIDAD MEXICANA, CONTRATADAS POR PERSONAS FÍSICAS O MORALES EXTRANJERAS PARA REALIZARLO. POR LO CUAL, DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO INDICANDO QUE CUENTA CON EL MÍNIMO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL SOLICITADO.
2.	4.5. INCISO H Y M	EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL INDICA "REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES; QUE EN EL CASO DE LOS PROVEEDORES SALARIALMENTE RESPONSABLES, ESTOS DEBERÁN AGREGAR LA CONSTANCIA DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN; DOCUMENTO QUE SE CONSIDERARÁ COMO UN FACTOR QUE DETERMINARÁ LA ADJUDICACIÓN AL QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. SE DEBERÁ SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD CONVOCANTE PODRÁ REALIZAR LAS CONSULTAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA CORROBORAR SI LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CUENTAN CON LA ANOTACIÓN VIGENTE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE, EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES. POR SU PARTE EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN II DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL EN SUS INCISOS A) Y B) SEÑALAN "A) SE ADJUDICARÁ AL LICITANTE QUE HUBIERE OFRECIDO MEJORES CONDICIONES EN SU PROPUESTA, ADICIONALES A LAS MISMAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES, CON RELACIÓN A LOS BIENES,	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y QUE PARA EL CASO DE LA CONNOTACIÓN DE SALARIALMENTE RESPONSABLE BASTARÁ CON QUE LA LEYENDA APAREZCA EN EL CERTIFICADO DE PADRÓN DE PROVEEDORES DE UNO DE LOS LICITANTES DE LA PROPUESTA CONJUNTA. PARA EL CASO DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES AMBAS EMPRESAS DEBERÁN TENER SU CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES AL TRATARSE DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMO SE SOLICITA EN EL INCISO R DE LAS BASES, QUE SEÑALA EN SU PARTE CONDUCTENTE "...COMO SI CADA UNO DE ELLOS PARTICIPARÁ DE FORMA INDIVIDUAL".

88000000

00000087



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A CONTRATAR; Y EN SU CASO, SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES CON LA ANOTACIÓN QUE LO IDENTIFIQUE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE. B) SE ADJUDICARÁ PROPORCIONALMENTE EN PARTES IGUALES, A LAS PROPUESTAS QUE REÚNAN LAS MISMAS CONDICIONES Y EN IGUALDAD DE PRECIO, Y EN SU CASO, SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES CON LA ANOTACIÓN QUE LO IDENTIFIQUE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE." ES DECIR, LA CALIDAD DE PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE ES PARA EFECTOS DE DESEMPATE EN UNA LICITACIÓN, SIN EMBARGO, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. Y POR LOS TIEMPOS TAN RECORTADOS PARA CONCLUIR EL TRÁMITE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CON EL PROPÓSITO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS MICRO O PEQUEÑAS Y MÁS DE CON POCOS AÑOS EN LA OPERACIÓN, SE PERMITA QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA SEA UNO DE LOS MIEMBROS QUE VAN EN CONJUNTO EL QUE ESTÉ INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE LOS DEMÁS DEMUESTREN ESTAR EN TRÁMITE SU REGISTRO, Y QUE CON LA CALIDAD DE UNO DE ESTOS PARTICIPANTES COMO EMPRESA SALARIALMENTE RESPONSABLE SEA SUFICIENTE PARA TOMARLO EN CUENTA EN CASO DE DESEMPATE	
3.	INCISO K RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO ANTE EL IMSS CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 4.7.1.7 Y 4.7.1.8 DEL ANEXO TÉCNICO	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA CUENTE CON LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONFORMIDAD A LAS REFORMAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE PODRÁ EXHIBIR DICHO CONTRATO Y LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ADEMÁS DE LAS DE LA EMPRESA LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. Y QUE LAS CONSTANCIAS EN EL USO Y MANEJO DE LOS EQUIPOS SEAN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, PARA EL CASO DE LA PROPUESTA CONJUNTA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA CONTENIDA EN LOS NUMERALES 4.5 Y 4.5.1, DEBERÁ PRESENTAR DICHA DOCUMENTACIÓN COMO SI CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN DE MANERA CONJUNTA PARTICIPARAN DE MANERA INDIVIDUAL.

78000000

00000088



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA TA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA					
4.	ANEXO 19	LE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE LAS COLUMNAS DEL ANEXO 19 Y LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PLASMARSE PARA EL LLENADO DEL MISMO, Y EN SU DEFECTO SE ADJUNTE EL INSTRUCCITIVO DE LLENADO PARA DAR MAYOR CERTEZA JURÍDICA PARA SU EVALUACIÓN Y NO DEJARLO A CONSIDERACIÓN DE LOS LICITANTES Y LOS EVALUADORES, TODA VEZ QUE SE REFIERE AL SOFTWARE E INDICA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO Y DEL SERVICIO PROPUESTO EN PRÉSTAMO Y SE DESCONOCE SI SE REFIEREN AL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA O A LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE, FAVOR DE ACLARAR. ANEXO 19 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA TABLA 1 <table><tr><td>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO SOLICITADO CONFORME A LA FICHA TÉCNICA</td><td>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTO EN PRÉSTAMO PERMANENTE POR EL OFERENTE</td><td>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE (en el manual, folio, tríptico u otro documento que presente el OFERENTE, referenciar el numeral y subrayarlo con marca texto)</td><td>OBSERVACIONES POR PARTE DEL OFERENTE (indispensable adjuntar página del acta y subrayar con marca texto el punto referido, en caso de hacer mención a la junta de aclaraciones)</td><td>USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE EVALUACIÓN FÍSICA, CUALITATIVA / NOI (OBSERVACIONES)</td></tr></table>	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO SOLICITADO CONFORME A LA FICHA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTO EN PRÉSTAMO PERMANENTE POR EL OFERENTE	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE (en el manual, folio, tríptico u otro documento que presente el OFERENTE, referenciar el numeral y subrayarlo con marca texto)	OBSERVACIONES POR PARTE DEL OFERENTE (indispensable adjuntar página del acta y subrayar con marca texto el punto referido, en caso de hacer mención a la junta de aclaraciones)	USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE EVALUACIÓN FÍSICA, CUALITATIVA / NOI (OBSERVACIONES)	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TECNICA RESPONDE QUE SE DEBERÁ DE LLENAR EN CONFORMIDAD DE ACUERDO AL ANEXO 1.1 CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, SEÑALANDO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE INCLUYEN, SOLO PARA EL ANEXO 19 NO ES NECESARIO INCLUIR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN CADA PUNTO.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO SOLICITADO CONFORME A LA FICHA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTO EN PRÉSTAMO PERMANENTE POR EL OFERENTE	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE (en el manual, folio, tríptico u otro documento que presente el OFERENTE, referenciar el numeral y subrayarlo con marca texto)	OBSERVACIONES POR PARTE DEL OFERENTE (indispensable adjuntar página del acta y subrayar con marca texto el punto referido, en caso de hacer mención a la junta de aclaraciones)	USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE EVALUACIÓN FÍSICA, CUALITATIVA / NOI (OBSERVACIONES)				
5.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA H) CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y	EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA, ENTENDEMOS QUE BASTARÁ CON QUE SOLO UN LICITANTE PRESENTE LA CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	AMBAS EMPRESAS DEBERÁN TENER SU CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES AL TRATARSE DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMO SE SOLICITA EN EL INCISO R DE LAS BASES, QUE SEÑALA EN SU PARTE CONDUCENTE "...COMO SI					

00000000

00000089



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

fi

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	CADA UNO DE ELLOS PARTICIPARÁ DE FORMA INDIVIDUAL".
6.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA H) CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA AL CUESTIONAMIENTO ANTERIOR Y SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE REQUISITO, LO ACREDITE A UNA SOLA EMPRESA DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y QUE LAS DEMÁS SEA OBLIGATORIO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO ANTERIOR CON EL FIN DE DAR APOYO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. ¿SE ACEPTA?	ESTA PREGUNTA YA FUE ATENDIDA CON LA RESPUESTA ANTERIOR.
7.	2. INFORMACION DEL SERVICIO A CONTRATAR INCISO 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL PUNTO 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN SEA ELIMINADO EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, DEBIDO A QUE MÁS DEL 95% DE LOS INSUMOS Y EQUIPO SOLICITADOS EN EL PRESENTE EVENTO SON DE ORIGEN EXTRANJERO, SIENDO IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	SE RESPONDE CON LA RESPUESTA NUMERO 1.
8.	ANEXO TECNICO 4.1 MUESTRAS. MUESTRAS FÍSICAS, NO CADUCAS, DE ACUERDO AL ANEXO 1.7 (ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUERIMIENTO SE PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE EL CATÁLOGO DEL PRODUCTO EN CUESTIÓN, DEBIDO AL ALTO COSTO DE LOS PRODUCTOS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
9.	ANEXO TECNICO 4.1 MUESTRAS. MUESTRAS FÍSICAS, NO CADUCAS, DE ACUERDO AL ANEXO 1.7 (ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS)	DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR PRODUCTO CADUCO Y/O DOMIS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ ENTREGAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES Y NO CADUCAS PARA SU CORRECTA EVALUACIÓN.
10.	ANEXO TECNICO 4.1 MUESTRAS. MUESTRAS FÍSICAS, NO CADUCAS, DE ACUERDO AL ANEXO 1.7 (ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONSIDERÓ EL RENGLÓN NO. 4 DEL LISTADO DE MUESTRAS, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO. FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE EL NUMERAL 4 DE LAS MUESTRAS NO SE CONSIDERARÁ PARA LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS, TODA VEZ QUE NO FORMA PARTE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA.

X
A
X
af
af
X

08000000

00000090

X



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
11.	ANEXO TECNICO 4.1 MUESTRAS. MUESTRAS FÍSICAS, NO CADUCAS, DE ACUERDO CON EL ANEXO 1.7 (ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITAN EL ACCESO A 2 PERSONAS PARA LA ENTREGA DEBIDO A QUE UNA ES EL ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DEMOSTRARÁ EL SOFTWARE Y PARA LOS INSUMOS EL ESPECIALISTA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE PODRÁN ACCEDER DOS PERSONAS PERO SE DEBERÁ REGISTRAR SOLO UNA PERSONA, ADEMÁS EL ACCESO AL LUGAR DE EVALUACIÓN SERÁ SOLO DE UNA PERSONA POR EMPRESA. PRIMERO SE EVALUARÁ INSUMOS CON EL ESPECIALISTA DE PRODUCTO Y POSTERIORMENTE SE EVALUARÁ, EL SOFTWARE CON SU ESPECIALISTA DE PRODUCTO.
12.	ANEXO TECNICO 4.7.1.1 LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA MIXTA,.....	DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO SE PRESENTARÁ EN PDF Y POR ESCRITO LOS ANEXOS 19, 19.1, 19.2 Y 19.3, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTA, LA PROPUESTA POR ESCRITO DEBE ESTAR CONFORMADA CON LOS ANEXOS 19, 19.1., 19.2 Y 19.3 EN ORIGINAL Y FIRMADA AUTOGRAFAMENTE, Y ACOMPAÑADA CON LAS PÁGINAS IMPRESAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS, ANEXO 1.1, ANEXO 1.3 Y ANEXO 1.4 ADEMÁS DEBERA CONSIDERAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.1 DEL ANEXO TÉCNICO
13.	ANEXO TECNICO 4.7.1.1 LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA MIXTA, PÁRRAFO 4	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CATÁLOGOS, MANUALES O FOLLETOS, SE DEBEN PRESENTAR ÚNICAMENTE EN PDF, DISPOSITIVO USB; FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO SU APRECIACIÓN, PARA LA PROPUESTA TÉCNICA IMPRESA DEBERÁN PRESENTAR LA CARÁTULA DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES TENDRÁN QUE SER COPIA FIEL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN FORMATO PDF FORMATO ELECTRÓNICO Y RUBRICADOS POR QUIEN SUSCRIBE, ASÍ COMO LAS PÁGINAS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE ESTÉN REFERENCIADOS, LOS CUALES DEBERÁN SER IGUALES A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN FORMATO PDF FORMATO ELECTRÓNICO Y RUBRICADOS POR QUIEN SUSCRIBE, EN LA PROPUESTA TÉCNICA ELECTRÓNICA, TODA LA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA PARA REFERENCIAR DEBE ESTAR COMPLETA Y REFERENCIADA EN LA PROPUESTA ELECTRÓNICA, EN CASO DE NO CUMPLIR SE DESECHARÁ LA PROPUESTA, ADEMÁS DEBERA CONSIDERAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.1 DEL ANEXO TÉCNICO SI LA USB,, NO ABIERA O TUVIERA VIRUS, NO SERÁ RESPONSABILIDAD

SE0000000

00000091



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
			DE LA SEDESA Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA
14.	ANEXO TECNICO 4.7.1.1 LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA MIXTA, PÁRRAFO 4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO LAS PÁGINAS DONDE SE REFERENCIAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO Y/O EQUIPO OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA DEBERÁ ATENDER LA RESPUESTA ANTERIOR
15.	ANEXO TECNICO 4.7.1.1 LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA MIXTA, PROPUESTA TÉCNICA POR ESCRITO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI SOLO SE IMPRIMIRÁN LAS CARÁTULAS DE LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES. FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBE ESTAR CONFORMADA, SOLO POR LAS PÁGINAS IMPRESAS DONDE ESTE REFERENCIADA LOS PUNTOS, DEBIENDO ATENDER LO SOLICITADO EN EL ANEXO, ADEMÁS DEBERA CONSIDERAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.7.1.1 DEL ANEXO TÉCNICO.
16.	ANEXO TECNICO 4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL EQUIVALENTE AL 90% DE LAS CARTAS DE APOYO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
17.	ANEXO TECNICO 4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR LOS TIEMPOS RECORTADOS CON LOS QUE SE DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA, NOS AUTORIZA PRESENTAR SOLO EL 90% DE LOS REGISTROS SANITARIOS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
18.	ANEXO TECNICO 4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL.....	ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBEN PRESENTAR FDA Ó CE Ó JIS Ó ISO 13485 Ó BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO, SI EL BIEN ES DE ORIGEN INTERNACIONAL DEBERÁ PRESENTAR FDA Ó CE Ó JIS Y EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO ISO 13485: 2016.
19.	ANEXO TECNICO 4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL.....	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR LOS TIEMPOS RECORTADOS CON LOS QUE SE DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA, NOS AUTORIZA PRESENTAR SOLO EL 90% DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
20.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DEL SOFTWARE PUNTO 17. SE COMPROMETE A ENTREGAR EQUIPOS NUEVOS.....	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUANTOS EQUIPOS REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SU PREGUNTA NO CORRESPONDE CON EL ANEXO TÉCNICO.
21.	ANEXO TECNICO 4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DEL SOFTWARE PUNTO 18. EN CASO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUANTOS SITIOS REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE AL MENOS TRES PUNTOS, SI LA CONVOCATE REQUIERA OTRO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	DE REQUERIR EL SOFTWARE SERVICIO DE INTERNET PARA SU FUNCIONAMIENTO	FAVOR DE ACLARAR	PUNTO SE LE SOLICITARÁ VÍA OFICIO.
22.	ANEXO TECNICO 4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DEL SOFTWARE PUNTO 19. A PROPORCIONAR EQUIPOS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADOS.....ASÍ COMO EL MOBILIARIO NECESARIO.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME EL TIPO DE MOBILIARIO QUE REQUIERE PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO PUNTO, FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPETO.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SU PREGUNTA NO CORRESPONDE CON EL ANEXO TÉCNICO.
23.	ANEXO TECNICO 4.7.1.4 CARTA DE APOYO DE FABRICANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE Ó TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Ó DISTRIBUIDOR PRIMARIO, ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBE SER DE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.
24.	ANEXO TECNICO 4.7.1.4 CARTA DE APOYO DE FABRICANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS CARTAS DE APOYO EN COPIA SIMPLE, DEBIDO A QUE ALGUNOS FABRICANTES NO SE ENCUENTRAN EN LA CDMX Y CORREMOS EL RIEGO DE QUE LAS CARTAS NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
25.	ANEXO TECNICO 4.7.1.4 CARTA DE APOYO DE FABRICANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR LA CARTA DE APOYO CON FECHA DE PRESENTACIÓN INICIAL EN CASO DE CAMBIE LA FECHA DE APERTURA, ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE FAVOR DE ACLARAR CUÁL SERÍA LA FECHA DE PRESENTACIÓN INICIAL.
26.	ANEXO TECNICO 4.7.1 PROPUESTA TECNICA 4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LOS 3 CONTRATOS SOBRE SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA.
27.	ANEXO TECNICO 4.7.1 PROPUESTA TECNICA 4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LOS 3 CONTRATOS SOBRE SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA NO MAYOR A 6 AÑOS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, YA QUE LOS CONTRATOS DEBEN DE SER DE UN PERIODO NO MAYOR A TRES AÑOS.
28.	ANEXO TECNICO 4.7.1 PROPUESTA TECNICA 4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBIDO A QUE EL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN QUE CORRESPONDE A UN SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, LOS CONTRATOS A PRESENTAR DE ACUERDO CON EL PUNTO 4.7.1.5 DEBERÁN SER EXACTAMENTE DEL MISMO OBJETO,	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

00000093



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		Y NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS DE VENTA DE INSUMOS DE HEMODINAMIA, RENTA DE EQUIPO MÉDICO, CONTRATOS EN COMODATO DE HEMODINAMIA. ESTO GARANTIZARÁ QUE EL LICITANTE ADJUDICADO GARANTICE LA CALIDAD DEL SERVICIO. FAVOR DE ACLARAR	
29.	ANEXO TECNICO 4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE CON PRESENTAR EL CV DE UN ING. BIOMÉDICO SERÁ SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
30.	ANEXO TECNICO 4.7.1.7 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO PUNTO 3. CERTIFICADOS O DIPLOMAS	SOLICITAMOS A LA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEL FABRICANTE Ó TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Ó DISTRIBUIDOR. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, LOS DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEBERÁN SER EXPEDIDOS POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.
31.	ANEXO TECNICO 4.7.1.8 EXPERIENCIA TECNICOS.....UN TÉCNICO EN CADA TURNO.....	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI AL PRESENTAR 3 CV DE LOS TÉCNICOS PROPUESTOS SERÁ SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO PUNTO. FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE DEBERÁ PRESENTAR COMO MÍNIMO DOS TÉCNICOS, UNO EN CADA TURNOS.
32.	ANEXO TECNICO 4.7.1.8 EXPERIENCIA TECNICOS PUNTO 3.- CERTIFICADO O DIPLOMA.....EL CUAL NO DEBERA TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 12 MESES.....	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DIPLOMAS CON ANTIGÜEDAD A 36 MESES. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
33.	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS RENGLÓN 1	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUERIMIENTO BASTARÁ CON PRESENTAR COMO MUESTRA UNA MEDIDA DE LAS SOLICITADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE DEBERÁ PRESENTAR SOLO EL DE 90.
34.	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS RENGLÓN 2	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUERIMIENTO BASTARÁ CON PRESENTAR COMO MUESTRA UNA MEDIDA DE LAS SOLICITADAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO, DEBERA PRESENTAR TODAS LAS MEDIDAS.
35.	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS RENGLÓN 3	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUERIMIENTO BASTARÁ CON PRESENTAR COMO MUESTRA UNA MEDIDA DE LAS SOLICITADAS	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO, DEBERA PRESENTAR TODAS MEDIDAS.

00000094



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
36.	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS REGLÓN 4	DEBEMOS ENTENDER QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ESTÁ SOLICITANDO ESTE REQUERIMIENTO COMO MUESTRA SIN ESTAR DENTRO DE LOS PRODUCTOS EN LA ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE VER PRECISIÓN 2 DE LA CONVOCANTE.
37.	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS REGLÓN 5	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUERIMIENTO BASTARÁ CON PRESENTAR UNA MEDIDA DE LAS SOLICITADAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO, DEBERÁ PRESENTAR TODAS LAS MEDIDAS.
38.	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS REGLÓN 7	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUERIMIENTO BASTARÁ CON PRESENTAR COMO MUESTRA UNA MEDIDA DE LAS SOLICITADAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO CORRESPONDE SU PREGUNTA CON EL ANEXO TÉCNICO.
39.	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS REGLÓN 8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE DICHO REQUERIMIENTO, TODA VEZ QUE CADA ARTÍCULO POR SER NUEVO VIENE ETIQUETADO DE FABRICACIÓN. FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
40.	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS REGLÓN 8	EN DADO CASO QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARA SI ESTE PUNTO SE REFIERE A UNA COPIA DE LAS ETIQUETAS QUE LLEVARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE ENTREGARAN COMO MUESTRA FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO, SE REFIERA A LA ETIQUETA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA.
41.	ANEXO TECNICO 4.7.1.17 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS,	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTROS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS DE MANERA GENERAL, COLOCANDO UN ANEXO DECLARANDO TODAS LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y/O CONSUMIBLES OFERTADOS, DERIVADO A QUE EL PROCEDIMIENTO SERÍA IGUAL PARA CADA DISPOSITIVO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE EL PROCEDIMIENTO, DEBERÁ SER EL AUTORIZADO POR COFEPRIS DE SU UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA.
42.	ANEXO TECNICO 4.7.1.20 AVISO DE FUNCIONAMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE COPIA SIMPLE DE NUESTRO AVISO YA QUE SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA

00000095



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		EN EL MISMO DE FORMA VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE COFEPRIS (DIGIPRIS), POR LO QUE SE EMITE UN DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL EL CUAL TIENE VALIDEZ POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA?	
43.	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA.SE DEBERÁ DESARROLLAR UN BANNER.....	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI EL BANNER PARA DIVULGACIÓN SE REQUIERE SÓLO DE FORMA IMPRESA, VIRTUAL O AMBAS. FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE EL ADJUDICADO DEBERÁ HACER UN BANNER Y ENTREGARLO EN LA UNIDAD HOSPITALARIA.
44.	ANEXO 19 PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA	DEBEMOS ENTENDER QUE LA INFORMACIÓN DE DICHO FORMATO SE ENCONTRARÁ CONTENIDA EN EL FORMATO 19.1, 19.2 Y 19.3 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ENTIENDE SU PREGUNTA.
45.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: AGUJA DE PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS DE UNA SOLA PIEZA PARED DELGADA Y BISEL CORTO LONG 7 CM CAL. 18 PARA GUÍA DE 0.032 Ó 0.035" Ó 0.038 PULG. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
46.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 2	DEBEMOS ENTENDER QUE EL PAQUETE DEBE INCLUIR UNIFORME QUIRÚRGICO Y CUBRE ZAPATO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTA.
47.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 2	SI ES AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ENTREGARÁ COMO COMPLEMENTO AL PAQUETE DE ROPA ESTÉRIL, FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO CORRESPONDE. SE CONTESTO EN LA PREGUNTA ANTERIOR.
48.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SOLICITE EN PARTIDAS INDEPENDIENTES ESTE REQUERIMIENTO DEBIDO A QUE EL PRECIO DE CADA UNO VARIA NOTABLEMENTE. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, SE ATIENDE CON LA PRESICION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
49.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL PROPÓSITO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR: JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE, COMPATIBLE CON EL INYECTOR A OFERTAR YA QUE CONCEPTO, YA QUE ACIST HACE MENCIÓN A UNA MARCA COMERCIAL.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA.

20000000

00000096



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

[Firma]

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		¿SE ACEPTA?	
50.	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS RENGLÓN 9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL PROPÓSITO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR: KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE: INCLUYE 1 MANIFOLD, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO, Ó KIT CON JERINGA DE 150 ML, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y CONTRASTE COMPATIBLE CON EL INYECTOR A OFERTAR YA QUE CONCEPTO, YA QUE ACIST MENCIÓN A UNA MARCA COMERCIAL.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA.
		¿SE ACEPTA?	
51.	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS RENGLÓN 10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL PROPÓSITO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR: CONTROLADOR MANUAL ESTÉRIL PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE CON FLUJO VARIABLE, COMPATIBLE CON EL INYECTOR A OFERTAR, YA QUE ACIST HACE MENCIÓN A UNA MARCA COMERCIAL.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA.
		¿SE ACEPTA?	
52.	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS RENGLÓN 17	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SOLICITE EN PARTIDAS INDEPENDIENTES ESTE REQUERIMIENTO DEBIDO A QUE EL PRECIO DE CADA UNO VARIA NOTABLEMENTE.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, SE ATIENDE CON LA PRESICION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
		¿SE ACEPTA?	
53.	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMO RENGLÓN 18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL PROPÓSITO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR: BALÓN PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA. DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE AL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADO CONFORME A LA ACLARACION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
		¿SE ACEPTA?	
54.	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS RENGLÓN 19	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SOLICITE EN PARTIDAS INDEPENDIENTES ESTE REQUERIMIENTO DEBIDO A QUE EL PRECIO DE CADA UNO VARIA NOTABLEMENTE.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, SE ATIENDE CON LA PRESICION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
		¿SE ACEPTA?	
55.	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS RENGLÓN 20	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE L BALON

[Firmas y marcas manuscritas en el margen derecho]

20000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		BALÓN SOLICITADO ES PARA ARTERIAL CORONARIAS. FAVOR DE ACLARAR	SOLICITADO ES PARA ARTERIAS CORONARIAS Y PERIFERICAS.
56.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 23	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER DE SOPORTE COMPATIBLE CON SISTEMA 0.035" 0.018" Y 0.014". LONG DE TRABAJO DE 90 Y 150CM. SIN SER LIMITANTE PARA OTROS INTEGRADORES, ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
57.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 29	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SOLICITE EN PARTIDAS INDEPENDIENTES ESTE REQUERIMIENTO DEBIDO A QUE EL PRECIO DE CADA UNO VARIA NOTABLEMENTE. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, SE ATIENDE CON LA PRESICION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
58.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 30	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SOLICITE EN PARTIDAS INDEPENDIENTES ESTE REQUERIMIENTO DEBIDO A QUE EL PRECIO DE CADA UNO VARIA NOTABLEMENTE. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, SE ATIENDE CON LA PRESICION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU.
59.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 31	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SOLICITE EN PARTIDAS INDEPENDIENTES ESTE REQUERIMIENTO DEBIDO A QUE EL PRECIO DE CADA UNO VARIA NOTABLEMENTE. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, SE ATIENDE CON LA PRESICION NUMERO 1 REALIZADA POR LA DGPSMU
60.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 36	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PIEZA DE DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE DE PUNCIÓN ARTERIAL DE COLÁGENO DE 6 A 8FR DE 13 CM Ó A BASE DE ACIDO POLIGLICÓLICO Ó DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO A BASE DE SUTURAS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
61.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 40	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA TECNOLOGÍA SISTEMA DE LIBERACIÓN TIPO BIOTOMO CON EL PROPÓSITO DE NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO; TODA VEZ QUE ES MAS SEGURO EL METODO DE TORNILLO.
62.	ANEXO 1.4 FICHA TECNCA DE INSUMOS RENGLÓN 41	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA NOS ACEPTEN LA TECNOLOGÍA SISTEMA DE LIBERACIÓN TIPO BIOTOMO CON EL	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO. ; TODA VEZ QUE ES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		PROPÓSITO DE NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	MAS SEGURO EL METODO DE TORNILLO.
63.	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS RENGLÓN 42	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA NOS ACEPTEN LA TECNOLOGÍA SISTEMA DE LIBERACIÓN TIPO BIOTOMO CON EL PROPÓSITO DE NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO. ; TODA VEZ QUE ES MAS SEGURO EL METODO DE TORNILLO.
64.	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS RENGLÓN 46	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIEREN A ENDOPRÓTESIS PARA AORTA TORÁCICA Y AORTA ABDOMINAL RECUBIERTAS DE PTFE CON ESTRUCTURA DE NITINOL, FAVOR DE ACLARAR	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
65.	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS RENGLÓN 50	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE DICHO REQUERIMIENTO TODA QUE ESTE PROCEDIMIENTO ESTÁ EN DESUSO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, ESTE INSUMO SIGUE SIENDO UTILIZADO EN LA UNIDAD HOSPITALARIA.
66.	ANEXO TÉCNICO 2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPO EN PRÉSTAMO PERMANENTE.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE HASTA 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, QUE ESTÉ EN PERFECTAS CONDICIONES, YA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA EN EQUIPO NUEVO ES DEMASIADO EXTENSO DERIVADO DE LA SITUACIÓN QUE SE VIVE MUNDIALMENTE POR LA ESCASEZ DE MATERIA PRIMA, DERIVADO DE LA PANDEMIA Y LA GUERRA ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
67.	ANEXO 1.3 3.-UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR CON IMÁGENES CUANDO NO SE PUEDA REFERENCIAR CON TEXTO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
68.	ANEXO 1.3 3.-UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL S CORTE MONOPOLAR: CORTE PURO DE 350 WATSS O MAYOR, CON 3 EFECTOS MÍNIMOS DE CORTE CON COAGULACIÓN DE 150 WARTS O MAYOR, CORTE EN AMBIENTE HUMEDO DE 350 WATTS.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS ACLARE SI LOS 3 EFECTOS MÍNIMOS DE CORTE CON COAGULACIÓN INCLUYE EL CORTE PURO ¿ES CORRECTO?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE ES CORRECTO. 00000099
69.	ANEXO 1.3 3.-UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS ACLARE EL PUNTO "CORTE EN AMBIENTE	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE ES CORRECTO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	S CORTE MONOPOLAR: CORTE PURO DE 350 WATSS O MAYOR, CON 3 EFECTOS MÍNIMOS DE CORTE CON COAGULACIÓN DE 150 WATTS O MAYOR, CORTE EN AMBIENTE HUMERO DE 350 WATTS.	HUMERO" SIGNIFICA "AMBIENTE HÚMEDO", DE SER CORRECTA NUESTRA CORRECCIÓN, "AMBIENTE HÚMEDO" SE REFIERE QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA TECNOLOGÍA PARA OPERAR EN LÍQUIDO CONDUCTOR. ¿ES CORRECTO?	
70.	ANEXO 1.3 3.-UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL S CORTE MONOPOLAR: CORTE PURO DE 350 WATSS O MAYOR, CON 3 EFECTOS MÍNIMOS DE CORTE CON COAGULACIÓN DE 150 WATTS O MAYOR, CORTE EN AMBIENTE HUMERO DE 350 WATTS.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN CORTE PURO DE 300 WATTS CON EFECTOS 2 DE CORTE DE 150 WATTS O MAYOR CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
71.	ANEXO 1.3 3.-UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL ACCESORIOS 19 PEDAL PARA CORTE Y COAGULACIÓN MONOPOLAR 20 PEDAL PARA CORTE Y COAGULACIÓN BIPOLAR	19,20.- SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS ACLARE ¿SI ES CORRECTO QUE SE USARÁ UN SOLO PEDAL DOBLE TANTO PARA EL PUNTO 19 Y 20, YA QUE CON UN SOLO PEDAL PUEDEN HACER LA FUNCIÓN MONOPOLAR Y LA BIPOLAR? ¿ES CORRECTO?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE PUEDE SER SOLO UN PEDAL.
72.	ANEXO 1.3 3.-UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL 22 ELECTRODOS MONOPOLARES REUSABLES: SPZ DE NAVAJA O ESPÁTULA, 5 PZ DE ASA DES -10 MM, S PZ DE BOLA 4 -6 MM, 5 PZ DE LANCETA DE 25-30 MM, 5 PZ DE AGUJA DE 5-7 MM.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS ACLARE ¿SI ES CORRECTO QUE SE SOLICITA ELECTRODOS DE LANCETA? O SE REFIEREN A UN ELECTRODO DE AGUJA DE DIÁMETRO FINO. FAVOR DE ACLARAR.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SE REQUIERE DE LANCETA.
73.	ANEXO 1.3 3.-UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL 25 CABLE BIPOLAR DE 3 METROS DE LONGITUD O MAYOR COMPATIBLE CON PINZAS BIPOLARES OFERTADAS.	SI LA PINZA BIPOLAR YA CUANTA CON CABLE INTEGRADO, EL PUNTO 25(CABLE BIPOLAR DE 3 METROS) YA NO SE ES NECESARIO OFERTARLO POR SEPARADO ¿ES CORRECTO?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SI LA PINZA YA TIENE CABLE PARA CONECTAR AL EQUIPO, NO SE REQUIERE, CASO CONTRARIO DEBE INTEGRARLO.
74.	ANEXO 1.3 4.-ECOCARDÍOGRAFO PORTÁTIL	DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA ESTA PARTIDA HACEN REFERENCIA A UNA MARCA Y MODELO EN CONCRETO, SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, LAS CUALES SON SUFICIENTES PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A LOS DERECHOHABIENTES DE LA INSTITUCIÓN: 1.- MONITOR A COLOR LCD DE 17 PULGADAS O MAYOR. 2.- CON 50,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL. 3.- MODO: 3.1.- M, M ANATÓMICO.	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE FAVOR DE DECIR QUE PUNTO NO CUMPLE PARA QUE LA CONVOCANTE SE PRONUNCIE.

00000000

00000100



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		3.2.- B O 2D. 3.3.- DOPPLER COLOR. 3.4.- SISTEMA DE MAPEO A COLOR ANGIO O POWER DOPPLER O SIMILAR COMERCIAL. 3.5.- DOPPLER CONTINUO Y PULSADO. 3.6.- CON IMÁGENES ARMÓNICAS. 3.7.- DOPPLER TISULAR. 4.- TRAZO AUTOMÁTICO DEL ESPECTRO DOPPLER EN TIEMPO REAL. 5.- PROGRAMA CON CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 3D EN TIEMPO REAL O 4D CON EL TRANSDUCTOR SECTORIAL MANEJADO DESDE EL PANEL DE CONTROL. 6.- MEDICIÓN DE VOLÚMENES LATIDO A LATIDO EN TIEMPO REAL. 7.- MEDICIÓN DE FRACCIÓN DE EXPULSIÓN LATIDO A LATIDO EN TIEMPO REAL. DESCRIPCIÓN: 8.- MEDICIÓN DE ÁREAS CARDÍACAS EN TIEMPO REAL. 9.- MEDICIÓN DE MASAS, VELOCIDADES, PENDIENTES, ACELERACIÓN/DESACELERACIÓN. 10.- PROGRAMA PARA EVALUACIÓN DEL MOVIMIENTO, LA CONTRACTILIDAD REGIONAL Y GLOBAL DEL MIOCARDIO, ASÍ COMO LA FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA (PROGRAMA 2D STRAIN O SPECKLE-TRACKING O 2D WALL MOTION TRACKING). 11.- RANGO DINÁMICO 180 DB O MAYOR CON ADQUISICIÓN EN CUADROS POR SEGUNDO. 12.- MEMORIA DE CINE LOOP O CUADRO POR CUADRO EN MODO M O DOPPLER ESPECTRAL. 13.- PROGRAMA COMPLETO DE MEDICIONES, CÁLCULOS Y REPORTES. 14.- ZOOM EN TIEMPO REAL E IMAGEN CONGELADA. 15.- CON ECG INTEGRADO Y DESPLIEGUE EN PANTALLA. 16.- CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE. 17.- ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO, CON CAPACIDAD DE 160 GB O MAYOR. 18.- ECO DE ESFUERZO MANEJADA DESDE EL PANEL PRINCIPAL O DE CONTROL. 19.- DICOM STORAGE, DICOM SEND, DICOM PRINT, DICOM WORKLIST. 20.- UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD-RW O DVD Y USB	

00000101

20100000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		21.- MEDICIÓN DE VOLUMENES VENTRICULARES (STRAIN RATE, STRAIN, DOPPLER TISULAR). CARACTERÍSTICAS SUFICIENTES PARA BRINDAR EL SERVICIO SOLICITADO ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA	
75.	ANEXO 1.3 4.-ECOCARDIOGRAFO PORTÁTIL 29.2. DEFORMACIÓN RADIAL, LONGITUDINAL Y CIRCUNFERENCIAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE FORMA OPCIONAL CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
76.	ANEXO 1.3 4.-ECOCARDIOGRAFO PORTÁTIL 29.2. DEFORMACIÓN RADIAL, LONGITUDINAL Y CIRCUNFERENCIAL.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA CONFORME A CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE CUAL ES SU CARACTERÍSTICA.
77.	ANEXO 1.3 5. INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE	DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA ESTA PARTIDA HACEN REFERENCIA A UNA MARCA Y MODELO EN CONCRETO, SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, LAS CUALES SON SUFICIENTES PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A LOS DERECHOHABIENTES DE LA INSTITUCIÓN: 1. SENSORES MÚLTIPLES DE PROTECCIÓN: SENSOR DE COLUMNA DE AIRE, SENSOR DE CONTRASTE EN LA BOTELLA. 2. PARÁMETROS DE FLUJO, VOLUMEN, TIEMPO DE ASCENSO Y PRESIÓN MÁXIMOS REGULABLES Y DEFINIDOS POR EL USUARIO. 3. ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO VARIABLE DE CONTRASTE A TRAVÉS DE CONTROLADOR MANUAL ESTÉRIL. 6. RETARDO DE INYECCIÓN: 0.1 A 99 S COMO MÍNIMO 7. TIEMPO DE ELEVACIÓN: INCREMENTOS DE 0.1 S DE 0.1 A 9.9S 8. VOLUMEN: INTERVALO VARIABLE CONTROLADO POR EL USUARIO DE 1 – 100 ML O MAYOR EN INCREMENTOS DE 1ML ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE FAVOR DE DECIR QUE PUNTO NO CUMPLE PARA QUE SE PRONUNCIE LA CONVOCANTE.
78.	ANEXO 1.3 6.ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL DE DOCE DERIVACIONES 9.1. AL MENOS CUATRO VELOCIDADES DIFERENTES: DE ENTRE 5 Y 50 MM/S.	9.1 SOLICITO A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR 3 VELOCIDADES DE AL MENOS: 12.5, 25 Y 50 MM/S PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PODER OFERTAR UN EQUIPO CON MÁS TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
79.	ANEXO 1.3	11. SOLICITO A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 350	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE PUEDE

00000102



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	6.ELECTROCARDIOGRAMO MULTICANAL DE DOCE DERIVACIONES 11. CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 750 ESTUDIOS DE ECG O ARCHIVOS Ó 2500 ESTUDIOS DE ECG O ARCHIVOS COMPRIMIDOS EN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE.	ESTUDIOS DE ECG EN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE EN FORMATO PDF, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PODER OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR ¿SE ACEPTA?	OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
80.	ANEXO 1.3 7.-FUENTES DE MARCAPASOS TRANSITORIOS.	ESTOS EQUIPOS SON COMERCIALIZADOS EN MÉXICO ÚNICAMENTE POR UNA CASA COMERCIAL, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ESTOS EQUIPOS PRESENTANDO ÚNICAMENTE CATÁLOGO DEL MISMO YA QUE SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRADORES QUE NO TENGAN ACUERDOS COMERCIALES CON ESTA EMPRESA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
81.	4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES NORMAS ESPECÍFICAS PARA APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD:	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE PRESENTAR UN REGISTRO SANITARIO VENCIDO, BASTE CON PRESENTAR: COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA, COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE DEL REGISTRO SOMETIDO A PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS Y CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA. DADO QUE PARA OBTENER ESTA SOLICITUD SE ENTIENDE QUE SE DEBIÓ HACER EL PAGO DE DERECHOS Y SE TIENE EL RECIBO DE TRÁMITE DE PRÓRROGA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBE PRESENTAR TODOS LOS NUMERALES.
82.	4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DEL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS: 9. LOS EQUIPOS QUE SE OFERTEN DEBERÁN HABER SIDO PROBADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUMPLIENDO LAS CONDICIONES BAROMÉTRICAS.	SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PERMITA ENTREGAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE QUE LOS EQUIPO CUMPLEN LAS CONDICIONES BAROMÉTRICAS Y HAN SIDO PROBADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
83.	4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES:	ENTENDEMOS QUE BASTARÁ CON PRESENTAR ISO 13485 O CERTIFICADO DE LIBRE VENTAS	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE O ES CORRECTO, DEBE PRESENTAR

00000103



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	NORMAS ESPECÍFICAS PARA APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD. CERTIFICADOS DE CALIDAD	FDA/CE, ADEMÁS DEL REGISTRO SANITARIO PARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LAS NORMAS REGULATORIAS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL PAÍS. ¿ES CORRECTO?	TODOS LOS PUNTOS QUE LE APLIQUE DEL PUNTO 4.7.1.2.
84.	4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE:	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE QUE LA CARTA DE APOYO SE PERMITA ENTREGAR EN FORMATO DIGITAL/IMPRESA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGUE DE ORIGINAL EN LA FIRMA DEL CONTRATO, ESTO DADO QUE LOS TIEMPOS ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA FECHA DE APERTURA SON CORTOS Y ALGUNOS FABRICANTES DE EQUIPO E INSUMOS ENVÍAN LAS CARTAS ORIGINALES DESDE EL EXTRANJERO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ADJUNTE EL CORREO ELECTRÓNICO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN EL CUAL LE ESTE ENVIANDO LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE A SU REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE NO PRESENTARLO, SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA.
85.	DE LOS EQUIPOS MEDICOS A. SOLAMENTE EN CASO DE SER NUEVOS LOS EQUIPOS MÉDICOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPO COMPLETAMENTE NUEVO SE EXTIENDA EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS, Y SE HAGA UNA TRANSICIÓN ENTRE EL PROVEEDOR ACTUAL Y AL ADJUDICADO PARA NO DESATENDER A LOS PACIENTES DE LA INSTITUCIÓN. YA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA EN EQUIPO NUEVO ES DEMASIADO EXTENSO DERIVADO DE LA SITUACIÓN QUE SE VIVE MUNDIALMENTE POR LA ESCASEZ DE MATERIA PRIMA, DERIVADO DE LA PANDEMIA Y LA GUERRA ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE RESPONDE QUE REPLANTEE SU PREGUNTA.
REPREGUNTA		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE QUE EN CASO QUE EL EQUIPO SEA NUEVO, SE EXTIENDA EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE EN CASO DE SER EQUIPO NUEVO, ESTE DEBERÁ QUEDAR INSTALADO, Y CON PUESTA EN MARCHA TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS PARTIR DEL FALLO, EN CASO CONTRARIO SE HARÁ ACREEDOR DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEBERÁ RENTAR UN EQUIPO SIMILAR, EN LA QUE SE RECIBE Y RECEPCIONARA EL BIEN EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA NO AFECTAR EL SERVICIO DE HEMODINAMIA.
86.	ANEXO 1.3 4.-ECOCARDIOGRAFO PORTÁTIL 32. CON OPCIÓN A CRECIMIENTO PARA CONTROLAR EL EQUIPO POR COMANDOS DE VOZ HABLADO EN IDIOMA	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR DE MANERA OPCIONAL, Y NO ES OBLIGATORIO PARA ESTE EVENTO ¿ES CORRECTO?	LA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

80100000

00000104



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	ESPAÑOL, CONTROLADO CASI TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO.		
87.	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS RENGLÓN 4	EN CASO DE SER NEGATIVA NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA DEPENDENCIA NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO RECUPERADOR INTRAVASCULAR DE ASA, CONSTA DE CATÉTER TIPO SNARE O CANASTILLA Y GUÍA METÁLICA CON PUNTA EN ASA LONGITUD TOTAL DEL SISTEMA 120 CM CALIBRE DEL CATÉTER 4 FR Y LA PUNTA EN ASA 5 10 MM ESTÉRIL Y DESECHABLE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR, NO TIENE NADA QUE VER CON ESTA PREGUNTA.
REPREGUNTA A PREGUNTAS 34, 35, 37 Y 38.		DEBIDO A QUE LOS INSUMOS ANEXO 1.7 MUESTRAS TIENES COMO OBJETIVO SU EVALUACIÓN DE CALIDAD, CUAL ES EL FUNDAMENTO PARA SOLICITAR MUESTRA DE CADA MEDIDA, DEBIDO A QUE ESTA SOLICITUD BENEFICIA A PROVEEDOR ACTUAL, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	DEBERÁ ENTREGAR LA SIGUIENTE CANTIDAD DE MUESTRA: 8. 90 CM. 9. UNA MUESTRA REPRESENTATIVA. 10. UNA MUESTRA REPRESENTATIVA. 11. SE CANCELÓ. 12. UNA MUESTRA REPRESENTATIVA. 13. LA MUESTRA DEL NUMERAL. 14. INYECTOR CATÁLOGO. 15. UNA MUESTRA REPRESENTATIVA.
RESPUESTA ALA PREGUNTA 43		SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE Y DEFINA COMO SE PRESENTARA EL BANER.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SERÁ DE MANERA IMPRESA.
RESPUESTA ALA PREGUNTA 29		SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL NÚMERO DE INGENIEROS BIOMÉDICOS O EL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE UN INGENIERO BIOMÉDICO ES SUFICIENTE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE MÍNIMO 2 INGENIEROS BIOMÉDICOS PARA LA SERVICIOS.
RESPUESTA DE LA PREGUNTA 77		LA FICHA ESTA DIRIGIDA AL EQUIPO ACIST CVI Y NINGÚN OTRO EQUIPO CUMPLE EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS MANIFESTAR CADA PUNTO QUE NO CUMPLE SERIA CAMBIAR TODA LA FICHA TÉCNICA, POR TAL RAZÓN Y CON EL OBJETIVO DE NO LIMITARLA LIBRE PARTICIPACIÓN A UNA SOLA MARCA, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR INYECTOR DE CONTRASTE CON LAS FICHAS TÉCNICAS ANTES DESCRITAS, ¿SE ACEPTA?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA, S.A.P.I. DE C.V. HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.5.1 II	LAS EMPRESAS QUE PARTICIPE EN FORMA CONJUNTA, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SU	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PERO DEBERÍA AGREGAR COPIA DE LO SOLICITADO EN LA DOCUMENTACIÓN DEL OTRO LICITANTE CON EL QUE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA EL RECIBO DE COMPRA DE BASES A LA PRESENTE LICITACIÓN EFECTUADA POR ALGUNO DE LOS LICITANTES, PARA EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN VISITAS O ENTREGA DE MUESTRAS DEL MISMO MODO SE DEBERÁ INTEGRAR EL REGISTRO DE VISITAS Y CONSTANCIA DE MUESTRAS, ASÍ MISMO LA PROPUESTA (TÉCNICA Y ECONÓMICA) DEBERÁ SER SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE COMÚN DESIGNADO EN EL CONVENIO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE CON QUE UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA PRESENTE EL COMPROBANTE DE PAGO DE BASES, CONSTANCIA DE VISITA Y CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ SUFICIENTE?, FAVOR DE ACLARAR	PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA.
2	NUMERAL 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITIR QUE EXISTAN UN MAYOR NÚMERO DE OFERTAS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE DEBE DE PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.
3	NUMERAL 4.7.1.5. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITIR QUE EXISTAN UN MAYOR NÚMERO DE OFERTAS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE LA ESPECIALIDAD CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE NI LA CALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE LOS CONTRATOS DEBEN DE SER OBJETO DE ESTA LICITACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA O PRIVADA.
4	ANEXOS 1.2. Y 1.4.	DEBIDO A QUE ALGUNAS CASAS COMERCIALES PARA ESTE EVENTO APOYARÁN DE MANERA EXCLUSIVA A UN INTEGRADOR Y CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITIR QUE EXISTAN UN MAYOR NÚMERO DE OFERTAS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS E INSUMOS ENLISTADOS EN ESTOS ANEXOS PERMITA PRESENTAR EL 80% DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 4.7.1.2., 4.7.1.3. Y 4.7.1.4., PRESENTANDO ADEMÁS CARTA COMPROMISO EN DONDE NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR EL 20% DE LA DOCUMENTACIÓN	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.

20100000

00000106



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		RESTANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE ACEPTA?	
5	ANEXO 1.3	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADAS EN ESTE ANEXO SON LAS MÍNIMAS NECESARIAS Y QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE LO SOLICITADO EN LAS BASES ES LO MÍNIMO REQUERIDO.
6	ANEXO 1.4.	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS SOLICITADOS EN ESTE ANEXO SON LAS MÍNIMAS NECESARIAS Y QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES Y MEDIDAS CON UN $\pm 10\%$ DE RANGO DE LONGITUDES Y CALIBRES, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO, LAS MEDIDAS SON LAS REQUERIDAS SIN EMBARGO, PUEDE PREGUNTAR ESPECÍFICAMENTE POR LA QUE SE TENGA DUDA, PARA QUE LA CONVOCANTE SE PRONUNCIE AL RESPECTO.
7	ANEXO 1.4.	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA LOS INSUMOS QUE SÓLO EXISTE UNA MARCA ESPECÍFICA, SEA SUFICIENTE CON PRESENTAR SÓLO EL CATÁLOGO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAR REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.

HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A ESA H. CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR PARA LA PARTIDA NO. 6 OCLUSOR PARA EL IERRE DE LA COMUNICACIÓN INTER AURICULAR CON DOBLE DISCO DE MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN TIPO FÓRCEPS Y PARCHES INTERNOS DE POLIÉSTER, MEDIDA DE 26MM NOMINAL CON CAMISA LIBERADORA DE 12 FR E INTRODUTOR 12 FR (OCLUSOR PARA CIERRE PERCUTÁNEO DE CIA), NOS PERMITE PRESENTAR CATALOGO PARA SU EVALUACIÓN, DEBIDO AL ALTO COSTO DEL INSUMO.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TECNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
2	ANEXO 1.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A ESA H. CONVOCANTE, NOS ACLARE SI LA MUESTRA NO. 4 EQUIPO RECUPERADOR INTRAVASCULAR DE AS, CONSTA DE CATÉTER TIPO SNARE O CANASTILLA Y GUÍA METALICA CON PUNTA DE ASA LONGITUDINAL TOTAL	EL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE RESPONDE QUE NO SE CONSIDERARA PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

80100000

00000107



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DEL SISTEMA 120 CM CALIBRE CATÉTER 4FR Y LA PUNTA EN ASA DE 10 MM ESTÉRIL Y DESECHABLE., SE CONSIDERADA EN EL ANEXO 1.4 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS YA QUE NO SE ENCUENTRA EN DICHO LISTADO.	

- III. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE RESPONDIERON **NO** TENER ALGUNO.
- IV. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
- V. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS LICITANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A **LA CONVOCANTE** ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES CUANDO ESTIME CONVENIENTE.
- VI. **LA CONVOCANTE** COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **21 DE DICIEMBRE DE 2022**, A LAS **12:00 HORAS** EN ESTA MISMA SALA.
- VII. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **17:50 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS.	
DIRECCIÓN JURIDICA Y NORMATIVA	LIC. JOSÉ LUIS CORTÉS SÁNCHEZ REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y URGENCIAS	C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE	
	LIC. ANGEL LÓPEZ REYES SEGUIMIENTO DE SERVICIOS INTEGRALES	
	DR. ALEJANDRO TÉLLEZ SCHMILL JEFE DE SERVICIOS DE HEMODINAMIA	

70100000

00000108



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-001-
2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA".

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LUZ DEL SOCORRO GÓMEZ REPRESENTANTE	

POR LOS LICITANTES

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE	FIRMA
WACHUMA S. DE R.L. DE C.V.	GUSTAVO DOMINGUEZ	
SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	ISRAEL GARCÍA RANGEL	
HI – TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT	
COMERLAT, S.A. DE C.V.	HÉCTOR ANDRADE	
EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA MEDICAL, S.A.P.I. DE C.V.	RICARDO MONDRAGÓN MONTOYA	

00000109