



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0048

SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NO. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE SU REGLAMENTO, ADOLFO ALONSO BONEQUI, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023", HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----

HECHOS

- I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: -----

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS.
DIRECCIÓN JURIDICA Y NORMATIVA	LIC. MANUEL MORA DELGADO REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JUD DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	Q.F.B. MAYRA ALONDRA MONTIEL ROLDÁN ENCARGADA DE LA COORDINACION DE OPERACIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS
	C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	MARISOL ROJAS MENENDEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"
	LUZ DEL SOCORRO GÓMEZ VIVANCO REPRESENTANTE

- II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES: -----

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE
DICIPA S.A. DE C.V.	JOSÉ LUIS BERNAL LÓPEZ

PRECISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

1. SE HACE LA PRECISIÓN QUE EL ANEXO 27, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS BASES DEBE SER REQUISITADO Y FIRMADO POR LOS LICITANTES Y DEBERÁN INTEGRARLO DENTRO DE SU PROPUESTA LEGAL Y ADMINISTRATIVA. -----

PRECISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS:

Anexo 1.2 Ficha Técnica

LABORATORIO CENTRAL DE MICROBIOLOGÍA

1. MICROBIOLOGÍA

PÁGINA 76



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0300

0049

DICE:

E. IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA:

PARA EL 40% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS, SE REQUIEREN:

-PLACAS O TARJETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS GRAM NEGATIVOS, GRAM POSITIVOS, **LEVADURAS, MICROORGANISMOS FASTIDIOSOS**, Y ANAEROBIOS. SE REQUIERE LECTOR AUTOMATIZADO, QUE PRESENTE LOS RESULTADOS EN PANTALLA Y EN FORMA IMPRESA Y QUE TENGA ADMINISTRADOR DE DATOS Y MEMORIA DE RESULTADOS DE PACIENTES.

DEBE DECIR:

E. IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA:

PARA EL 40% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS, SE REQUIEREN:

-PLACAS, TARJETAS O PÁNELES PARA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS GRAM NEGATIVOS, GRAM POSITIVOS, **LEVADURAS, MICROORGANISMOS FASTIDIOSOS** Y ANAEROBIOS, LOS CUALES DEBEN CONTENER SUSTRATOS PARA IDENTIFICACIÓN DE GÉNERO Y ESPECIE DEL MICROORGANISMO DE ACUERDO A SU ACTIVIDAD METABÓLICA, CON SUBSECUENTE LECTURA AUTOMATIZADA DEL RESULTADO POR COLORIMETRÍA, QUE PRESENTE LOS RESULTADOS EN PANTALLA Y EN FORMA IMPRESA Y QUE TENGA ADMINISTRADOR DE DATOS Y MEMORIA DE RESULTADOS DE PACIENTES.

PRECISION POR PARTE DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS TECNOLOGIA E INSUMOS.

PRECISIÓN TÉCNICA

PRECISIÓN TÉCNICA 1

ANEXO 1.14 A, PAGINAS 154 Y 155

DICE:

47. MESA DE ACAERO INOXIDABLE DE 90 X 60 CM

UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA.


DESCRIPCIÓN:

1. MESA CON CUBIERTA LISA, Y UN ENTREPAÑO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE.
2. ESTRUCTURA REFORZADA QUE RESISTA UN PESO DE 110 KG O MAYOR, ESTABLE AL MOVIMIENTO.
3. FIJA AL SUELO.
4. DIMENSIONES: 90 CM DE LARGO, 60 CM DE FONDO Y 90CM DE ALTURA.
5. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE NO. 16, ACABADO PULIDO GRADO SANITARIO.
6. BASE DE CUBIERTA CON CARTABÓN DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. NO. 16. (UNIDO A LA BASE DE LA CUBIERTA Y A LAS PATAS DE LA MESA).
7. PATAS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 25MM (1") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO DE GRADO SANITARIO.
8. EN PARTE INFERIOR UN ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL. 16, ACABADO PULIDO.
9. SUPERFICIES LISAS, SIN REMACHES.
10. LA SOLDADURA PARA EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER CONTINUA, NO PUNTEADA.
11. LOS DOBLECES DEBERÁN IR SIN DEFORMACIONES Y PERFECTAMENTE ALINEADOS.
12. SIN REMACHES, NI HENDIDURAS.
13. CON CANTOS REDONDEADOS.
14. EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER UNIFORME; DE CALIDAD EN LA UNIÓN Y DE GRADO SANITARIO.
15. LAS MESAS SERÁN PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE AL FINALIZAR EL CONTRATO.

48. ESTACIÓN REGADERA-LAVAOJOS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO.

UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA.

1. TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO





ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0050

2. VÁLVULA DE DUCHA Y LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE O ACERO GALVANIZADO CÉDULA 40.
3. CON TAZÓN LAVAOJOS.
4. COLOR AMARILLO O NARANJA.
5. ACTIVADA MEDIANTE UN GANCHO DE ACERO INOXIDABLE.
6. DEBE INCLUIR SEÑALAMIENTO Y ETIQUETAS DE INSPECCIÓN.
7. EL PROVEEDOR DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE.

DEBE DECIR:

47. ESTACIÓN REGADERA-LAVAOJOS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO.

UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA.

1. TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO
2. VÁLVULA DE DUCHA Y LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE O ACERO GALVANIZADO CÉDULA 40.
3. CON TAZÓN LAVAOJOS.
4. COLOR AMARILLO O NARANJA.
5. ACTIVADA MEDIANTE UN GANCHO DE ACERO INOXIDABLE.
6. DEBE INCLUIR SEÑALAMIENTO Y ETIQUETAS DE INSPECCIÓN.
7. EL PROVEEDOR DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE.

NUMERAL 48.

SE ELIMINA.

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, Y PARA TAL FIN, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

DICIPA S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 25 MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA MIPYMES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR EL ANEXO 25 CON MARCA DE AGUA LA LEYENDA "NO APLICA", YA QUE MI REPRESENTADA NO LE APLICA LA ESTRATIFICACIÓN MIPYMES. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE PARA EL CASO DE NO ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO SEÑALADO EN EL ANEXO 25, PODRÁ SEÑALAR QUE NO LE APLICA, SIN EMBARGO, DEBERÁ SEÑALAR SI SU RANGO DE EMPRESA SE CLASIFICA COMO "GRANDE" U "OTRA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE EMPLEADOS CON EL QUE CUENTA PUDIÉNDOLO HACER EN EL MISMO FORMATO DEL ANEXO 25.
2	4.6.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	DEBIDO A QUE ALGUNOS PROVEEDORES NO SON NACIONALES Y NO ESTÁN EN POSIBILIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTOS O ESCRITOS ORIGINALES EN TIEMPO, ADEMÁS DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES A TIEMPOS RECORTADOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE RESPALDO IMPRESAS A COLOR DEL FORMATO ELECTRÓNICO Y MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ENTREGARÁ DICHAS CARTAS DE RESPALDO EN ORIGINAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PODRÁ PRESENTAR COPIAS SIMPLES DE LAS CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, SOLO SI SE ADJUNTA IMPRESIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL CUAL EL FABRICANTE, ENVÍA DICHA CARTA.
3	4.6.1.7. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIOS	LA CONVOCANTE SOLICITA "COPIA LEGIBLE DE DOCUMENTO DEBIDAMENTE MEMBRETADO DE POR LO MENOS UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA EN LA CUAL SE LE HAYA PRESTADO EL SERVICIO, DONDE SE DEMUESTRE QUE EL(LOS) INGENIERO(S) Y/O TÉCNICO(S) REALIZÓ EN AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO TRES AÑOS) EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0051

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		MÉDICO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR EL REPORTE DE SERVICIO, BITÁCORA, ORDEN DE SERVICIO O DOCUMENTO QUE DEMUESTRE QUE LOS INGENIEROS PRESTARON EL SERVICIO FIRMADA POR EL CLIENTE PARA EL CUAL SE PRESTÓ EL SERVICIO, CON EL CUAL SE DEMUESTRA QUE EL(LOS) INGENIERO(S) Y/O TÉCNICO(S) REALIZARON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS QUE SE OFERTAN EN ESTE PROCEDIMIENTO?	
4	4.6.1.7. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIOS	DEBIDO A QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES A TIEMPOS RECORTADOS, Y EN OCASIONES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SE EMITEN DE MANERA DIGITAL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE ACEPTE IMPRESIÓN O COPIA DE LAS CONSTANCIAS ORIGINALES Y CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE MI REPRESENTADA MANIFESTANDO QUE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	ANEXO 1.2 3.2 DIAGNÓSTICO MOLECULAR II, 3.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, PAG. 80 DE 199.	DICE: "EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO <i>IN VITRO</i> (IVD) DISEÑADO PARA REALIZAR EN UNA SOLA ESTACIÓN DE REACTIVOS AL VACÍO, LA EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE MÚLTIPLES ÁCIDOS NUCLÉICOS CONTENIDOS EN MUESTRAS CLÍNICAS DE MANERA SIMULTÁNEA. ES UN SISTEMA CERRADO BASADO EN PCR (REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA) MÚLTIPLE ANIDADA, DONDE LOS PRODUCTOS RESULTANTES SE EVALÚAN MEDIANTE ANÁLISIS DE FUSIÓN DE DNA. EL SOFTWARE DEBE INTERPRETAR LOS RESULTADOS AUTOMÁTICAMENTE Y PRODUCIR UN INFORME DE LA PRUEBA DE FÁCIL COMPRESIÓN. LOS RESULTADOS SE OBTIENEN EN ALREDEDOR DE 1 HORA (ES DECIR EL TOTAL DE DETERMINACIONES DE UN PANEL SE OBTIENEN EN UNA HORA). SE SOLICITA PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE MICROBIOLOGÍA." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO <i>IN VITRO</i> (DIV) QUE UTILIZA NMPCR (PCR MÚLTIPLE ANIDADA) Y ANÁLISIS DE CURVAS MELTING DE ALTA RESOLUCIÓN PARA DETECTAR E IDENTIFICAR MÚLTIPLES DIANAS DE ÁCIDO NUCLEICO EN LAS MUESTRAS CLÍNICAS. EL USUARIO DEL SISTEMA CARGA LA MUESTRA EN UN CARTUCHO DE REACTIVOS, COLOCA EL CARTUCHO EN EL INSTRUMENTO E INICIA LA PRUEBA. EL INSTRUMENTO USA EL CARTUCHO DE REACTIVOS PARA EXTRAER ÁCIDOS NUCLEICOS DE LA MUESTRA Y PARA AMPLIFICAR LAS SECUENCIAS DE ADN ESPECÍFICAS DE AGENTES PATÓGENOS A LAS QUE VAN DIRIGIDOS LOS ENSAYOS. LOS PRODUCTOS DE LA PCR RESULTANTES SE EVALÚAN MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CURVAS MELTING Y EL SOFTWARE DETERMINA Y PRESENTA AUTOMÁTICAMENTE LOS RESULTADOS EN UN INFORME DE LA PRUEBA, CON TIEMPO DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA EN UNA HORA APROXIMADAMENTE. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO TODO EL PROCESO SOLICITADO SE LLEVE A CABO EN UNA SOLA ESTACIÓN DE REACTIVOS.
6	ANEXO 1.2 3.2 DIAGNÓSTICO MOLECULAR II, 3.2.2. ESPECIFICACIONES	DICE: "NO REQUIERE SER COLOCADO EN ÁREAS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (PISO EPÓXIDO, FLUJO DE AIRE ESPECÍFICO,	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0052

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	TÉCNICAS DEL EQUIPO, PAG. 80 DE 199.	ESQUINAS REDONDEADAS, ETC.) NI EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS ADICIONALES (COMO CENTRIFUGA, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MICROPIPETAS, ENTRE OTROS)." CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A "NO REQUIERE SER COLOCADO EN ÁREAS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (PISO EPÓXIDO, FLUJO DE AIRE ESPECÍFICO, ESQUINAS REDONDEADAS, ETC.) NI EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS ADICIONALES (COMO CENTRIFUGA, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MICROPIPETAS, ENTRE OTROS)." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, TODA VEZ QUE NO ES POSIBLE REFERENCIAR TEXTUALMENTE LO SOLICITADO EN EL FOLLETO, LOS INSERTOS Y EL MANUAL DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	
7	ANEXO 1.2 3.2 DIAGNÓSTICO MOLECULAR II, 3.2.3. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN: A. PANEL RESPIRATORIO (20 PATÓGENOS RESPIRATORIOS, PAG. 80 DE 199.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE PANEL RESPIRATORIO QUE ADEMÁS DE IDENTIFICAR A LOS PATÓGENOS SOLICITADOS IDENTIFICA TAMBIÉN AL VIRUS SARS-COV-2 Y BORDETELLA PARAPERTUSSIS, IDENTIFICANDO 22 PATÓGENOS RESPIRATORIOS, PRESENTANDO EL OFICIO BLANCO EXPEDIDO POR COFEPRIS PARA SU USO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA IMPORTACIÓN DEL MISMO ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SEÑALANDO QUE NO ES IMPEDIMENTO INCLUIR PRUEBAS ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL MENÚ ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR A FIN DE DAR OPCIONES AL LICITANTE.
8	ANEXO TÉCNICO, 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA, 4.6.1.9 SOPORTE TÉCNICO, BULLET 4.	DICE: "LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁN LLEVARSE A CABO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, SIENDO COMO MÍNIMO UNO AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, Y DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE EL LICITANTE ENTREGARÁ A CADA JEFE DE SERVICIO". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CASO PARTICULAR DE LOS EQUIPOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SON LIBRES DE MANTENIMIENTO POR LO QUE NO LES APLICA UNA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, PARA LOS EQUIPOS QUE SON LIBRES DE MANTENIMIENTO DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA HOJA DEL MANUAL DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO O CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE.
9	ANEXO 1.2, 3.1 BIOLOGÍA MOLECULAR I, 3.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, PAG. 79 DE 199.	DICE: "EQUIPO CON MÓDULOS TOTALMENTE INDEPENDIENTES QUE PERMITE EL ACCESO ALEATORIO PARA DIFERENTES PRUEBAS (MÚLTIPLES PATÓGENOS) AL MISMO TIEMPO, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE TRABAJAR LAS MUESTRAS POR LOTE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE EQUIPO CON ACCESO ALEATORIO: MÓDULOS INDIVIDUALES QUE OPERAN DE FORMA INDEPENDIENTE, MEDIANTE SONIDAS MARCADAS CON DIFERENTES FLUOROCROMOS INDICADORES FLUORESCENTES, DETECTA SIMULTÁNEAMENTE UN MÁXIMO DE SEIS DIANAS EN UN MISMO TUBO DE REACCIÓN, ACCESO ALEATORIO, NO REQUIERE TRABAJAR POR LOTES. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
10	ANEXO 1.2, 3.1 BIOLOGÍA MOLECULAR I, 3.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, PAG. 79 DE 199.	DICE: "CARTUCHO CON TECNOLOGÍA PATENTADA DE ÚNICO USO Y DESECHABLE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE SISTEMA DE CARTUCHO INDIVIDUAL DESECHABLE, CARTUCHO DESECHABLE DE UN SOLO USO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO Y CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
11	ANEXO 1.2, 3.1 BIOLOGÍA MOLECULAR I, 3.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, PAG. 79 DE 199.	DICE: "QUE NO REQUIERA ÁREAS ESPECÍFICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, NI REACTIVOS ADICIONALES; EQUIPAMIENTO EXTRA, NI KITS PARA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS;	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO 30001122-003-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0053

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		LOS CARTUCHOS DEBERAN CONTENER TODO LO NECESARIO PARA EL ENSAYO." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE EQUIPO COMPACTO Y PORTÁTIL QUE PERMITE SER USADO EN CUALQUIER LUGAR, INCLUSO EN LUGARES DISTANTES, LOS LABORATORIOS NO REQUIEREN ESPACIO NI CONDICIONES ESPECIALES TÍPICAS DE UN LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA SU INSTALACIÓN, INTEGRA Y AUTOMATIZA LOS CUATRO PASOS DE LA PCR EN TIEMPO REAL: EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN DENTRO DEL CARTUCHO INDIVIDUAL DESECHABLE QUE CONTIENE LAS MUESTRAS Y LOS REACTIVOS, TODA VEZ QUE LA LITERATURA TÉCNICA NO PERMITE LA REFERENCIACIÓN TEXTUAL DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	
12	4.6.1 PROPUESTA TECNICA 4.6.1.1. PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LAS PAGINAS REFERENCIADAS DE LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACION QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICION TECNICA, TANTO DE LOS EQUIPOS, COMO DE LOS REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE DEBERA PRESENTAR LAS HOJAS REFERENCIADAS IMPRESAS JUNTO CON SU PROPUESTA TECNICA Y COMPLETOS LOS CATALOGOS, MANUALES O FOLLETOS EN FORMATO PDF EN USB, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ANEXOS 1.2, 1.3, 1.4, 1.13, 1.14 Y 1.14A
13	4.6.1 PROPUESTA TECNICA 4.6.1.1. PROPUESTA TECNICA	DICE: "LOS DOCUMENTOS TECNICOS REFERENCIADOS DEL SERVICIO INTEGRAL QUE OFERTEN, DEBERAN SER ORIGINALES..." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, DERIVADO DE QUE ACTUALMENTE LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES MANEJAN SU DOCUMENTACION DE FORMA ELECTRONICA, NOS PERMITA PRESENTAR LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACION QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICION TECNICA, IMPRESOS A COLOR DE LA VERSION ELECTRONICA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA
14	4.6.1 PROPUESTA TECNICA 4.6.1.9 SOPORTE TECNICO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE LOS EQUIPOS LIBRES DE MANTENIMIENTO NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DONDE MANIFIESTE LA RELACION DE EQUIPOS QUE SON LIBRES DE MANTENIMIENTO, ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PREGUNTA CONTESTADA
15	LABORATORIO CENTRAL DE MICROBIOLOGIA 3. BIOLOGIA MOLECULAR 3.1 DIAGNOSTICO MOLECULAR I 3.1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO	DICE: "EQUIPO CON MODULOS TOTALMENTE INDEPENDIENTES QUE PERMITE EL ACCESO ALEATORIO PARA DIFERENTES PRUEBAS (MÚLTIPLES PATOGENOS) AL MISMO TIEMPO, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE TRABAJAR LAS MUESTRAS POR LOTE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE EQUIPO CON ACCESO ALEATORIO: MODULOS INDIVIDUALES QUE OPERAN DE FORMA INDEPENDIENTE, MEDIANTE SONIDAS MARCADAS CON DIFERENTES FLUOROCROMOS INDICADORES FLUORESCENTES, DETECTA SIMULTANEAMENTE UN MÁXIMO DE SEIS DIANAS EN UN MISMO TUBO DE REACCION, ACCESO ALEATORIO, NO REQUIERE TRABAJAR POR LOTES. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PREGUNTA CONTESTADA
16	LABORATORIO CENTRAL DE MICROBIOLOGIA 3. BIOLOGIA MOLECULAR 3.1 DIAGNOSTICO MOLECULAR I 3.1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO	DICE: "CARTUCHO CON TECNOLOGIA PATENTADA DE UNICO USO Y DESECHABLE". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE SISTEMA DE CARTUCHO INDIVIDUAL DESECHABLE, CARTUCHO DESECHABLE DE UN SOLO USO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PREGUNTA CONTESTADA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

100

0054

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
17	<p>LABORATORIO CENTRAL DE MICROBIOLOGIA 3. BIOLOGIA MOLECULAR 3.1 DIAGNOSTICO MOLECULAR I 3.1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO</p>	<p>DICE: "QUE NO REQUIERA AREAS ESPECIFICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR, NI REACTIVOS ADICIONALES; EQUIPAMIENTO EXTRA, NI KITS PARA EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS; LOS CARTUCHOS DEBERAN CONTENER TODO LO NECESARIO PARA EL ENSAYO". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE EQUIPO COMPACTO Y PORTATIL QUE PERMITE SER USADO EN CUALQUIER LUGAR, INCLUSO EN LUGARES DISTANTES, LOS LABORATORIOS NO REQUIEREN ESPACIO NI CONDICIONES ESPECIALES TIPICAS DE UN LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA SU INSTALACION, INTEGRA Y AUTOMATIZA LOS CUATRO PASOS DE LA PCR EN TIEMPO REAL: EXTRACCION, PURIFICACION, AMPLIFICACION Y DETECCION DENTRO DEL CARTUCHO INDIVIDUAL DESECHABLE QUE CONTIENE LAS MUESTRAS Y LOS REACTIVOS, TODA VEZ QUE LA LITERATURA TECNICA NO PERMITE LA REFERENCIACION TEXTUAL DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PREGUNTA CONTESTADA</p>
18	<p>LABORATORIO CENTRAL DE MICROBIOLOGIA 3. BIOLOGIA MOLECULAR 3.2 DIAGNOSTICO MOLECULAR II 3.2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO</p>	<p>DICE: "EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO IN VITRO (IVD) DISEÑADO PARA REALIZAR EN UNA SOLA ESTACION DE REACTIVOS AL VACIO, LA EXTRACCION, PURIFICACION, AMPLIFICACION Y DETECCION DE MULTIPLES ACIDOS NUCLEICOS CONTENIDOS EN MUESTRAS CLINICAS DE MANERA SIMULTANEA, ES UN SISTEMA CERRADO BASADO EN PCR (REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA) MULTIPLE ANIDADA, DONDE LOS PRODUCTOS RESULTANTES SE EVALUAN MEDIANTE ANALISIS DE FUSION DE DNA, EL SOFTWARE DEBE INTERPRETAR LOS RESULTADOS AUTOMATICAMENTE Y PRODUCIR UN INFORME DE LA PRUEBA DE FACIL COMPRESION, LOS RESULTADOS SE OBTIENEN EN ALREDEDOR DE 1 HORA (ES DECIR EL TOTAL DE DETERMINACIONES DE UN PANEL SE OBTIENEN EN UNA HORA). SE SOLICITA PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE MICROBIOLOGIA". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO IN VITRO (IVD) QUE UTILIZA PCR MULTIPLEX ANIDADA (NMPCR) Y ANALISIS DE FUSION DE ALTA RESOLUCION PARA DETECTAR E IDENTIFICAR MULTIPLES DIANAS DE ACIDO NUCLEICO (PATOGENOS) EN LOS ESPECIMENES CLINICOS. EL USUARIO DEL SISTEMA CARGA LA MUESTRA EN UN CARTUCHO DE REACTIVO, COLOCA EL CARTUCHO EN EL INSTRUMENTO E INICIA LA PRUEBA. EL INSTRUMENTO INTERACTUA CON EL CARTUCHO DE REACTIVOS PARA EXTRAER ACIDOS NUCLEICOS DE LA MUESTRA Y AMPLIFICAR LAS SECUENCIAS DE ADN ESPECIFICAS DE AGENTES PATOGENOS A LAS QUE SE DIRIGEN LOS ENSAYOS. LOS PRODUCTOS DE LA PCR RESULTANTES SE EVALUAN MEDIANTE ANALISIS DE FUSION DE ADN Y EL PROGRAMA DETERMINA Y PRESENTA AUTOMATICAMENTE LOS RESULTADOS EN UN INFORME DE LA PRUEBA CON EL TIEMPO DE ANALISIS DE LA MUESTRA EN UNA HORA APROXIMADAMENTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PREGUNTA CONTESTADA</p>
19	<p>LABORATORIO CENTRAL DE MICROBIOLOGIA 3. BIOLOGIA MOLECULAR 3.2 DIAGNOSTICO MOLECULAR II</p>	<p>DICE: "NO REQUIERE SER COLOCADO EN AREAS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES (PISO EPOXIDO, FLUJO DE AIRE ESPECIFICO, ESQUINAS REDONDEADAS, ETC.) NI EQUIPOS</p>	<p>LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PREGUNTA CONTESTADA</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

3000

0055

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	3.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO	Y/O INSTRUMENTOS ADICIONALES (COMO CENTRIFUGA, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MICROPIPETAS, ENTRE OTROS.) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, TODA VEZ QUE NO ES POSIBLE REFERENCIAR LO SOLICITADO EN EL FOLLETO, LOS INSERTOS Y EL MANUAL DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	
20	5.-BIOMETRÍA HEMÁTICA. 5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. INCISO A	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 165 ML EL CUAL ES OBTENIDO DE CUALQUIER TUBO DE MUESTRA, DE IGUAL FORMA CON ESTA CANTIDAD DE MUESTRA NUESTRO EQUIPO REALIZA DE MANERA AUTOMÁTICA LA DETERMINACIÓN POR TRIPLICADO DE CADA MUESTRA, LO CUAL RESULTA EN BENEFICIO PARA EL LABORATORIO YA QUE SE DISMINUYE EL NÚMERO DE REPROCESOS Y REVISIONES DE RESULTADOS POR PARTE DEL USUARIO. NO OBSTANTE, EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS CON DILUCIÓN PARA LO CUAL SOLO SE NECESITARÍA UN VOLUMEN DE 50 ML DE VOLUMEN DE MUESTRA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES.
21	5.-BIOMETRÍA HEMÁTICA. 5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. INCISO A	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON UN NUMERO MAYOR DE PROPUESTAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE DETECTE BLASTOS QUE INCLUYEN GRANULOCITOS INMADUROS SIN PORCENTAJE Y NUMERO ABSOLUTO, ESTO SUSTENTADO EN QUE LA PRESENCIA DE CÉLULAS INMADURAS EN LA SANGRE DEL PACIENTE (INDEPENDIEMENTE DE LA TECNOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL INSTRUMENTO) DEBE SER VERIFICADA AL MICROSCOPIO POR PARTE DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES.
22	5.-BIOMETRÍA HEMÁTICA. 5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. INCISO B	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 165 ML EL CUAL ES OBTENIDO DE CUALQUIER TUBO DE MUESTRA, DE IGUAL FORMA CON ESTA CANTIDAD DE MUESTRA NUESTRO EQUIPO REALIZA DE MANERA AUTOMÁTICA LA DETERMINACIÓN POR TRIPLICADO DE CADA MUESTRA, LO CUAL RESULTA EN BENEFICIO PARA EL LABORATORIO YA QUE SE DISMINUYE EL NÚMERO DE REPROCESOS Y REVISIONES DE RESULTADOS POR PARTE DEL USUARIO. NO OBSTANTE, EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS CON DILUCIÓN PARA LO CUAL SOLO SE NECESITARÍA UN VOLUMEN DE 50 ML DE VOLUMEN DE MUESTRA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES.
23	5.-BIOMETRÍA HEMÁTICA. 5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. INCISO C	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE GENERE UN ANÁLISIS HEMÁTICO COMPLETO DE 21 PARÁMETROS. LOS CUALES LE PROPORCIONAN A LOS USUARIOS Y MEDICOS LOS PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS SUFICIENTES PARA LA INTERPRETACIÓN CLÍNICA ADECUADA DE LOS HALLAZGOS EN LA MUESTRA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES.
24	5.-BIOMETRÍA HEMÁTICA. 5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. INCISO C	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON MAYORES PROPUESTAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE MEDICIÓN EL MÉTODO ÓPTICO EL CUAL ESTA APROBADO	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0056

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		POR LA COFEPRIS Y FDA COMO "DISPERSIÓN DE LUZ LÁSER" UNA METODOLOGÍA EXACTA PARA LA MEDICIÓN DE BIOMETRÍAS HEMÁTICAS DE 5 PARTES. ¿SE ACEPTA?	
25	PUNTO 6 COAGULACIÓN PUNTO 6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO PRIMER PÁRRAFO OCTAVO RENGLÓN SOLICITAN MEMORIA ALEATORIA ENTRE LAS PRUEBAS DE TP Y TTP EN UNA MISMA CORRIDA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA MEMORIA DEL ALMACENAMIENTO DEL INSTRUMENTO? FAVOR DE ACLARAR.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE REFIERE AL RAMDOM ACCESS MEMORY EN DONDE EL EQUIPO ALMACENA LOS RESULTADOS QUE ESTÁ GENERANDO PARA POSTERIOR CONSULTA INDEPENDIEMENTE DEL SISTEMA DE INTERFAZ.
26	ANEXO 1.13 ANEXO D. TOMA DE MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ANEXO SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENTREGARA EL MATERIAL SOLICITADO EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1.
27	ANEXO 1.13 ANEXO B. SUSTANCIAS Y COLORANTES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ANEXO SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENTREGARA EL MATERIAL SOLICITADO EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1.
28	ANEXO 1.13 ANEXO C. INSUMOS, MATERIAL Y REACTIVOS DE BACTERIOLOGÍA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ANEXO SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENTREGARA EL MATERIAL SOLICITADO EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1.
29	ANEXO 1.13 ANEXO E MATERIAL DE LABORATORIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ANEXO SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENTREGARA EL MATERIAL SOLICITADO EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1
30	ANEXO 1.13 ANEXO A REACTIVOS DE LABORATORIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ANEXO SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENTREGARA EL MATERIAL SOLICITADO EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1
31	1 QUIMICA CLINICA. 1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO Y 2. QUIMICA ESPECIAL, 2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO	SOLICITAN QUE LOS INSTRUMENTOS INCLUYAN CONTADOR DE PRUEBAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE QUE EL INSTRUMENTO PUEDA OBTENER UN RESUMEN DE PRUEBAS REALIZADAS MEDIANTE UNA FECHA DE INICIO A UNA FECHA FINAL. LO CUAL ES EQUIVALENTE AL CONTEO DE PRUEBAS Y SE PUEDE REALIZAR MENSUALMENTE PARA TENER UN CONTROL DE LAS PRUEBAS REALIZADAS, CONTROL DE CALIDAD, CALIBRACIONES, BLANCOS Y REPETICIONES ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL SISTEMA SEA AUDITABLE.
32	3. ELECTROLITOS, 3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO	SOLICITAN QUE LA REALIZACION DE SODIO, POTASIO Y CLORO SEA EN SANGRE COMPLETA. Y SE PUEDEN REALIZAR EN LOS EQUIPOS DE QUIMICA CLINICA. SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERISTICA NO APLIQUE EN LOS EQUIPOS DE QUIMICA CLINICA O SEA OPCIONAL YA QUE ESTOS INSTRUMENTOS NO REALIZAN ELECTROLITOS EN SANGRE TOTAL. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
33	3. ELECTROLITOS, 3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO	SOLICITAN ELECTRODOS LIBRES DE MANTENIMIENTO SIN NECESIDAD DE CAMBIAR MEMBRANAS NI RECARGA DE ELECTROLITOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA MENCIONAR SI LA CARGA DE ELECTROLITOS SE REFIERE A QUE LAS SOLUCIONES DE LOS ELECTRODOS DEBEN ESTAR PRECARGADOS DE FÁBRICA.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE REFIERA A LA PRECARGA DE FÁBRICA, ES DECIR, NO DEBERÁN SER CARGADAS POR EL USUARIO DEL EQUIPO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0057

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		YA QUE LOS ANALIZADORES REQUIEREN DE CARGAR REACTIVO DE REACTIVO DE ELECTROLITOS PARA PODERE REALIZAR LAS DETERMINACIONES ¿SE ACEPTA?	
34	1.8. CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.	SE MENCIONA: EN CASO DE QUE POR CAUSAS JUSTIFICADAS EL CALENDARIO DE EVENTOS TUVIESE QUE SER MODIFICADO, EN EL ACTA DEL EVENTO QUE SE TRATE, SE DARÁ A CONOCER EL DÍA Y HORARIO DEL O LOS ACTOS SUBSECUENTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE EXISTIR CAMBIOS EN LA FECHA DE PRESENTACION DE LA LICITACION PERMITA LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE APOYO CON LAS FECHAS QUE INICIALMENTE FUERON SOLICITADAS (27 DE DICIEMBRE DE 2022), DERIVADO QUE LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES Y PROVEEDORES CIERRAN SUS ACTIVIDADES POR FIN DE AÑO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE NO HABRÁ CAMBIO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
35	4.6.1.1 PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DOCUMENTO ENTREGADOS Y EMPLEADOS PARA HACER REFERENCIACION DE LAS ESPECIFICACIONE SOLICITADAS SON COPIA FIEL DE LOS ORIGINALES. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
36	ANEXO TECNICO 4.6 PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 1. PROPUESTA TECNICA ANEXO 19 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS, REACTIVOS Y SCAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL ANEXO 1.13 Y 1.14 SE SIRVA ACEPTAR DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LOS BIENES DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTOS ANEXOS SIN QUE SEA NECESARIO INTEGRAR NINGUN OTRO DOCUMENTO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1
37	4.6. PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.6.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE B) PARA LOS MATERIALES, REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES	DERIVADO DE QUE LA MAYORIA DE ESTOS PRODUCTOS SON COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES DESIGNADOS PREVIAMENTE POR LOS FABRICANTES LIMITANDO CON ESTO LA EMISION DE CARTAS DE APOYO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS INSUMOS Y MATERIALES SOLICITADOS EN EL ANEXO 1.13 QUE REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO PERMITA PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA UNA CARTA DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO ENLISTANDO TODOS LOS INSUMOS Y MARCAS EN LAS QUE SE ESTA APOYANDO ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.4.
38	4.6. PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.6.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE A) PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BASICOS	LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1.14 "EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO" EN SU MAYORIA NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO POR ENCONTRARSE DENTRO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PERMITA PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADO POR EL LICITANTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE A ENTREGAR	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS 4.6.1.1 Y 4.6.1.4.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0058

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		LO SOLICITADO EN EL 1.14 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES Y MODIFICACIONES QUE EN SU CASO RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. ¿SE ACEPTA?	
39	ANEXO TECNICO 4.6 PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 1. PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 19 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS, REACTIVOS Y SCAL A) PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BASICOS	EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO ACEPTE UNICAMENTE CARTA DE DISTRIBUIDOR O IMPORTADOR PRIMARIO PARA EL ANEXO 1.14 "EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO" ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.4
40	ANEXO TECNICO 4.6. PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.6.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES A. REGISTRO Y CERTIFICADOS ESPECIFICOS A APLICAR EN LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BASICOS DE LABORATORIO 1.3. CUANDO LOS BIENES NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO Y TRATANDOSE DE BIENES QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO Y QUE APARECEN EN EL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, SERA SUFICIENTE CON REFERENCIAR EL RENGLON Y NOMBRE GENERICO(S) DEL BIEN SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE DESCALIFICACION, YA QUE EN EL DIARIO OFICIAL NO APARECEN LAS DESCRIPCIONES TAL CUAL LAS SOLICITA LA CONVOCANTE EN LAS PRESENTES BASES. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SOLO SI EL BIEN REFERENCIADO CORRESPONDE CON EL OFERTADO Y SOLICITADO.
41	ANEXO TECNICO 4.6. PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.6.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES A. REGISTRO Y CERTIFICADOS ESPECIFICOS A APLICAR EN LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BASICOS DE LABORATORIO 2. 1 PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL 2.2 PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN ANEXO 1.14 "EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO, PERMITA PRESENTAR PARA CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS COPIA DEL ISO-13485 O ISO 9001 SEGÚN CORRESPONDA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
42	ANEXO TECNICO 4.6. PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.6.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES A. REGISTRO Y CERTIFICADOS ESPECIFICOS A APLICAR EN LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BASICOS DE LABORATORIO. 2. 1 PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR QUE ESTE REQUISITO NO APLICA PARA LOS EQUIPOS DE ORIGEN NACIONAL QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, YA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO, NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y SU MODIFICACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, NO REQUERIRÁN DE UN CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, YA QUE ESTOS, SOLO SE EMITEN A PRODUCTOS QUE REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO PARA SU COMERCIALIZACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACION EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS. TAMBIEN SE EXPIDE PARA BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.
43	ANEXO TECNICO 4.6. PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.6.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS Y TRATANDOSE DE LOS ANEXOS 1.13 Y 1.14, PERMITA PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL LICITANTE QUE EN CASO DE RESULTAR	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0059

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		ADJUDICADOS SE ENTREGARA COPIA DE LOS CERTIFICADOS QUE EN SU CASO LE SEAN APLICABLES. ¿SE ACEPTA?	
44	ANEXO TECNICO 4.6. PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.6.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. REGISTRO Y CERTIFICADOS ESPECIFICOS A APLICAR EN LOS INSUMOS (MATERIALES, REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES) 2) CERTIFICADOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SE SIRVA ACEPTAR COMO REGISTROS INTERNACIONALES LOS SIGUIENTES: FDA Ó CE Ó JIS Ó ISO 13485 O ISO 9001 DE ACUERDO CON LO APLICABLE AL PAIS DE PROCEDENCIA ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
45	4.6. PROPUESTAS 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.6.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE A) PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BASICOS B) PARA LOS MATERIALES, REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO Y TRATANDOSE DE LOS ANEXOS 1.13 Y 1.14 SE SIRVA ACEPTAR UNICAMENTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL LICITANTE EN LA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE COMPROMETE A ENTREGAR LO REQUERIDO EN ESTOS ANEXOS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
46	ANEXO 1.13 MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS EXTRAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS BIENES SOLICITADOS EN ESTE ANEXO NOS PERMITA OFERTAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACUERDO CON LA MARCA PROPUESTA Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
47	ANEXO 1.14 A 1.CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS 2.CENTRIFUGA E 10 A 24 TUBOS 3.CENTRIFUGA PARA 8 TUBOS 4.CENTRIFUGA PARA TUBOS EPPENDORF SOLICITAN: CONTROL MANUAL DE TECLADO DE MEMBRANA DE TIEMPO Y VELOCIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACEPTAR DISPLAY DIGITAL DE TIEMPO Y VELOCIDAD. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
48	ANEXO 1.14 A 1.CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS 2.CENTRIFUGA E 10 A 24 TUBOS 3.CENTRIFUGA PARA 8 TUBOS 4.CENTRIFUGA PARA TUBOS EPPENDORF SOLICITAN: FRENO INTEGRADO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE "FRENO INTEGRADO" SE REFIERE A QUE LAS CENTRIFUGAS PROPUESTAS DEBERAN CONTAR CON "SISTEMA O TIEMPO DE FRENADO" ¿ES CORRECTO?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
49	ANEXO 1.14 A 1.CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS 2.CENTRIFUGA E 10 A 24 TUBOS 3.CENTRIFUGA PARA 8 TUBOS 4.CENTRIFUGA PARA TUBOS EPPENDORF SOLICITAN: ALIMENTACION: A 120V / 60 HZ	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CENTRIFUGAS CON UN RANGO DE ALIMENTACION ELECTRICA DE 110 A 127 V / 60 HZ. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
50	ANEXO 1.14 A 5. MICROSCOPIO BINOCULAR 4. OBJETIVOS PLANACROMATICOS DE 4X/0.12, 10X/0.25, 40X/0.65 Y 100X/1.25 (ACEITE)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN MICROSCOPIO CON OBJETIVOS DE 4X / 0.10 Ó 0.12. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



1800

0060

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
51	ANEXO 1.14 A 6. AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA 2. CON VELOCIDAD DE 10 A 250 RPM 3. CONTROL DE TIEMPO DE 0 A 60 MINUTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN AGITADOR CON UNA VELOCIDAD DE 0 A 240 RPM Y UN CONTROL DE TIEMPO DE 0 A 30 MINUTOS ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
52	ANEXO 1.14 A 7. AGITADOR TIPO CAMA PARA TUBOS CON ANTICOAGULANTE 3. VELOCIDAD MINIMA DE 25 CICLOS POR MINUTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN AGITADOR CON UNA VELOCIDAD MINIMA DE 24 CICLOS POR MINUTO ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
53	ANEXO 1.14 A 8. ESTUFA PARA CULTIVOS 5. CAMARA CON DIMENSIONES INTERNAS DE 41.5X51.0	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ESTUFA CON DIMENSIONES INTERNAS DE 36X36X42 CM. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
54	ANEXO 1.14 A 9. DISPOSITIVO PORTATIL PARA LA DETECCION DE VENAS 4. BATERIA INTERCAMBIABLE DE ION LITIO RECARGABLE 5. CARGA COMPLETA OFRECE HASTA 3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA BATERIA INSTALADA RECARGABLE Y CON CARGA COMPLETA QUE OFRECE HASTA 2 HORAS DE FLORFUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
55	ANEXO 1.14 A 11. REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS 13. SELECCIÓN DE HUMEDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN REFRIGERADOR CON SELECCIÓN DE HUMEDAD Y/O CAPACIDAD DE OPERAR EN CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA DEL 80%, CONSIDERANDO QUE ESTOS EQUIPOS DEBEN MANTENERSE DENTRO DEL LABORATORIO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
56	ANEXO 1.14 A 11. REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 10 PIES CUBICOS 14. SELECCIÓN DE HUMEDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN REFRIGERADOR CON SELECCIÓN DE HUMEDAD Y/O CAPACIDAD DE OPERAR EN CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA DEL 80%, CONSIDERANDO QUE ESTOS EQUIPOS DEBEN MANTENERSE DENTRO DEL LABORATORIO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
57	ANEXO 1.14 A 13. CONTADOR DE CELULAS 5. ALIMENTACION: 120 V / 60 HZ	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CONTADOR DE CELULAS CON UNA ALIMENTACIÓN DE 110 V / 60 HZ. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
58	ANEXO 1.14 A 14. HORNO DE SECADO 6. DIMENSIONES EXTERNAS 45X45X75 +/- 10% 7. DIMENSIONES INTERNAS 35X35X35 CM +/- 10%	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN HORNO DE SECADO CON DIMENSIONES EXTERNAS DE 55X55X84CM +/- 10% Y DIMENSIONES INTERNAS DE 40X36X45CM +/- 10%. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
59	ANEXO 1.14 A 16. ESTERILIZADOR ELECTRICO DE ASAS. 5. TIEMPO DE CALENTAMIENTO MENOR DE 20 MINUTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL TIEMPO DE CALENTAMIENTO PODRA SER DE 20 MINUTOS O MENOR. ¿ES CORRECTO?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
60	ANEXO 1.14 A 18. CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS 4. CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 120V 150V 8. ALIMENTACION ELECTRICA: 220-440V	SOLICITAMO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS CON CONTACTO MONOFASICO DE 120V, 15 A Y ALIMENTACION ELECTRICA DE 120V / 60 HZ. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
61	ANEXO 1.14 A 19. TERMOMETRO DIGITAL 7. PARA EMPOTRAR A PARED	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTERISTICA SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE INSTALE APROPIADAMENTE EN EL LABORATORIO.
62	ANEXO 1.14 A 20. TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR O CONGELADOR 6. CON IMAN O VELCRO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTERISTICA SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE INSTALE APROPIADAMENTE EN EL LABORATORIO.



0061

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
63	ANEXO 1.14 A 30. SILLA SECRETARIAL 6. DIMENSIONES DE : 44X43X(82-96)(FRENTE, FONDO, ALTURA DE RESPALDO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ALTURA DE 82-96 ES DEL TOTAL DEL ALTO DE LA SILLA, YA QUE NO HAY UNA SILLA QUE CUENTE CON ESA ALTURA EN CM UNICAMENTE DEL RESPALDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION.
64	ANEXO 1.14 A 30. SILLA SECRETARIAL 7. AJUSTE NEUMÁTICO DESDE 44 HASTA 55 CM	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA SILLA CON UN AJUSTE NEUMÁTICO DE 43 HASTA 53 CM ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
65	ANEXO 1.14 A DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO OPERATIVO DE APOYO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS CARACTERISTICA QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN UN FOLLETO, MANUAL O FICHA TECNICA, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO O MOBILIARIO CONTARA CON LA CARACTERISTICA SOLICITA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
66	ANEXO 1.14 A DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO OPERATIVO DE APOYO 47. MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 90X60CM	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE PARA QUE UNIDADES SE REQUIERE ESTA MESA YA QUE NO APARECE DETALLADA EN EL ANEXO 1.14 EQUIPAMIENTO OY MOBILIARIO BASICO OPERATIVO DE APOYO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NUMERO 1.
67	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 1.MICROBIOLOGÍA 1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS A. AREA PREANALITICA. PARA MUESTRAS VAGINALES Y URETRALES SE REQUIEREN DOS MEDIOS DE TRANSPORTE CON FOSFATO INORGÁNICO, CARBÓN VEGETAL NEUTRO. CON IONES CALCIO Y MAGNESIO)	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN PARA MUESTRAS VAGINALES Y URETRALES. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
68	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 1.MICROBIOLOGÍA 1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS D. ÁREA ANALÍTICA LA CAPACIDAD DE INCUBACIÓN SIMULTÁNEA EN AEROBIOISIS Y ANAEROBIOISIS (CO2) DEBE SER CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1500 PLACAS.	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CUYA CAPACIDAD DE INCUBACIÓN MÁXIMA SEA DE 1152 PLACAS Y SE COLOQUE EL NÚMERO DE INCUBADORAS REQUERIDO PARA AEROBIOISIS Y ANAEROBIOISIS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
69	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 1.MICROBIOLOGÍA 1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS E. IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR OFERTAR EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN PARA MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS, NEGATIVOS, LEVADURAS, MICROORGANISMOS FASTIDIOSOS A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE PROTEÍNAS RIBOSOMALES, UTILIZANDO EL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE IONIZACIÓN/DESORCIÓN LÁSER ASISTIDA POR MATRIZ (MALDI-TOF). ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MEDICA NUMERO 1.
70	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 1.MICROBIOLOGÍA 1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS E. IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR MICROORGANISMOS FASTIDIOSOS SE ENTIENDEN AQUELLOS MICROORGANISMOS DE LOS GÉNEROS NEISSERIA Y HAEMOPHILUS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION.
71	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 1.MICROBIOLOGÍA 1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS	LA MAYORIA DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE PRODUCTOS MICROBIOLOGICOS DE ESTA CATEGORIA EN MÉXICO, COMO BECTON DICKINSON, HAN DESCONTINUADO UNA GRAN CANTIDAD DE	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0000 0062

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>E. IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA.</p> <p>SE DEBERÁN SUMINISTRAR LOS INSUMOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA PODER REALIZAR MICRODILUCIÓN EN CALDO PARA COLISTINA Y LA IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA (QUE SE REQUIERAN CONFIRMAR O QUE NO SE REALICEN MEDIANTE MÉTODOS AUTOMATIZADOS) MEDIANTE PRUEBAS FENOTÍPICAS SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO DE ESTÁNDARES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO (CLS). ENTRE LOS INSUMOS SE REQUIEREN AGAR MUELLER HINTON DE 100 Y 150 MILÍMETROS, COLISTINA, CEFOTAXIMA, CEFOXITINA, CEFOTETAN, CEFTRIAJONA, CEFEPIME, CEFTAZIDIMA, CEFTAZIDIMA CON ÁCIDO CLAVULÁNICO, CEFOTAXIMA CON ACIDO CLAVULÁNICO, ERTAPENEM, MEROPENEM, IMIPENEM, AZTREONAM, NITROCEFINA, CLINDAMICINA, ERITROMICINA Y PRUEBAS DE INMUNOENSAYO PARA LA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS VIM, NDM, KPC Y OXA. PARA LA MICRODILUCIÓN EN CALDO SE REQUIERE INSTRUMENTO PARA EXAMINAR COLONIAS BACTERIANAS CON ESPEJO GRANDE, MICROPIPETAS MULTICANAL Y PLACAS PARA ELISA DE FONDO PLANO EN FORMA DE "U".</p>	<p>INSUMOS DE MICROBIOLOGÍA Y LOS UNICOS DISTRIBUIDORES DE DICHS PRODUCTOS SON DISTRIBUIDORES PEQUEÑOS QUE NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN REGULATORIA NI CALIDAD, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE PUEDA GARANTIZAR LA ENTREGA CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SIN LA OBLIGACION DE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, ISO, FDA, CLV, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION, INSERTO NI FOLLETO REFERENCIADO. ¿SE ACEPTA?</p>	
72	<p>"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 2. MICROBIOLOGÍA ESPECIAL 2.2 ANTISUEROS ESPECIFICOS. PERFIL DE PRUEBA ESCHERICHIA COLI, ANTISUERO SOMÁTICO O POLIVALENTE PERFIL DE PRUEBA SALMONELLA, ANTISUERO POLIVALENTE PERFIL DE PRUEBA SHIGELLA, ANTISUERO POLIVALENTE</p>	<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE LA ENTREGA DE REACTIVOS DE ANTISUEROS ESPECIFICOS SEA OPCIONAL, YA QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL CUENTA CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.</p>
73	<p>"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 2. MICROBIOLOGÍA ESPECIAL 2.2 ANTISUEROS ESPECIFICOS. PERFIL DE PRUEBA ESCHERICHIA COLI, ANTISUERO SOMÁTICO O POLIVALENTE PERFIL DE PRUEBA SALMONELLA, ANTISUERO POLIVALENTE PERFIL DE PRUEBA SHIGELLA, ANTISUERO POLIVALENTE</p>	<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MAQUILAR EL NUMERAL 2.2 ANTISUEROS ESPECIFICOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.</p>
74	<p>"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 2. MICROBIOLOGÍA ESPECIAL 2.4 PERFIL DE MEDIOS PARA MUESTREO DE ZONAS ESTÉRILES E INERTES</p>	<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REQUIERE UN SOLO PAQUETE (A O B) PARA ESTE NUMERAL.</p>	<p>LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE REQUIEREN LOS 2 PAQUETES.</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0063

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
75	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 2. MICROBIOLOGÍA ESPECIAL 2.5 IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE MYCOPLASMA Y UREAPLASMA	DEBIDO A QUE EL CIPROFLOXACINO PERTENECE A LA MISMA FAMILIA QUE LA OFLOXACINA Y LA CARITROMICINA PERTENECE A LA MISMA FAMILIA QUE LA AZITROMICINA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE LA PRUEBA A OFERTAR TENGA UNO U OTRO ANTIBIÓTICO PERTENECIENTE A LA MISMA FAMILIA. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
76	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 4.- GASES SANGUINEOS 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. A Y B. PÁG. 65	HACEMOS MENCIÓN QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS VIENEN ENUNCIADAS CONSECUTIVAMENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA HACER LA REFERENCIA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS ENUMERÁNDOLAS EN FORMA CONSECUTIVA PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
77	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 4.- GASES SANGUINEOS 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. A. PÁG. 65	SOLICITAN: CON OPCIÓN A PERMANECER EN ÁREAS PRIORITARIAS DE HOSPITALIZACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS ASEPTICOS DE FACILITEN SU COLOCACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS Y/O CRÍTICAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE FAVOR DE REFORMULAR SU PREGUNTA ¿A QUE SE REFIERE CON EQUIPOS ASEPTICOS?
78	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 4.- GASES SANGUINEOS 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. A. PÁG. 65	SOLICITAN: CONTROL DE CALIDAD EN DOS NIVELES, REALIZAR GRAFICAS DE LEVEY-JENNINGS, INCLUIR POR PRUEBA REACTIVOS. SOLICITAMOS OFERTAR ANALIZADOR CON CONTROL DE CALIDAD INTEGRADOS EN TRES CONCENTRACIONES DESPUÉS DE CADA MUESTRA EN TIEMPO REAL, LO QUE PERMITE GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS, DICHO PROCESO SE REALIZA DE MANERA AUTOMÁTICA, SIN CONSUMO DE PRUEBA Y VALIDADO POR JAMES WESTGARD MEDIANTE UN GRAFICO DE SEGMENTO SIMILARES A LOS DE LEVEY-JENNINGS, CON USO DE CARTUCHO MULTISUSOS QUE INCLUYA TODAS LAS SOLUCIONES, REACTIVOS, MEMBRANAS, ELECTRODOS, GASES TONOMETRIZADOS CON AGUJA DE TOMA DE MUESTRA Y BOLSA DE DESECHO Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, LIBRE DE MANTENIMIENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
79	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 4.- GASES SANGUINEOS 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. A. PÁG. 65	SOLICITAN: QUE UTILICE CALIBRACIONES LIQUIDAS, ELECTRODO SIN CAMBIO DE MEMBRANAS, CALIBRACIONES AUTOMÁTICAS DE UNO Y DOS PUNTOS. DEBEMOS ENTENDER A CALIBRACIONES LIQUIDAS A EQUIPO DE REALIZA CALIBRACIONES AUTOMÁTICAS CON DOS SOLUCIONES INDEPENDIENTES TRAZABLES AL NIST, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CLSI. ESTAS SOLUCIONES ESTÁNDAR CONTIENEN DOS CONCENTRACIONES PARA CADA ANALITO, CONTENIDAS EN UN SOLO CARTUCHO CON DIFERENTES CONFIGURACIONES DE MENÚ, CON UNA TECNOLOGÍA IQM DE PROPORCIONA UNA PERSPECTIVA COMPLETA DE CALIDAD DE CADA MUESTRA EN FORMA CONTINUA Y EN TIEMPO REAL. EN EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO, SIN CAMBIO DE ELECTRODOS Y MEMBRANAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
80	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 4.- GASES SANGUINEOS	SOLICITAN: QUE UTILICE VOLÚMENES DE MUESTRA ENTRE 40 A 150 MICROLITROS, QUE MIDA PH, PCO2, PO2, LACTATO, HEMOGLOBINA	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0064

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. A. PÁG. 65	O HEMATOCRITO Y SATURACIÓN DE OXÍGENO, SODIO, POTASIO, CLORO. ES CORRECTO ENTENDER A EQUIPO QUE AUTOMATIZADO QUE UTILICE 150 MICROLITROS DE MUESTRA QUE MIDA PH, PO2, PCO2, NA+, K+, CA2+, HEMATOCRITO, PARÁMETROS CALCULADOS, COMO PERFIL BÁSICO, SIN QUE ESTO LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	
81	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 4.- GASES SANGUÍNEOS 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. A. PÁG. 65	SOLICITAN: QUE MIDA PH, PO2, PCO2, LACTATO, HEMOGLOBINA O HEMATOCRITO Y SATURACIÓN DE OXÍGENO, SODIO, POTASIO, CLORO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA DETERMINACIÓN DE CLORO COMO OPCIONAL O FUERA DEL PERFIL DE GASES, YA QUE ESTE PARÁMETRO ES SUSCEPTIBLE A LA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CLORADAS FRECUENTEMENTE UTILIZADAS EN LAS ÁREAS CRÍTICAS, PROVOCANDO CON ELLO EL COMPROMETER LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS PARA EL PARÁMETRO DEL CLORO, SIN QUE ESTO LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
82	"DESCRIPCIÓN TÉCNICA LABORATORIO CLÍNICO" 4.- GASES SANGUÍNEOS 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. A. PÁG. 65	SOLICITAN: QUE MIDA PH, PO2, PCO2, LACTATO, HEMOGLOBINA O HEMATOCRITO Y SATURACIÓN DE OXÍGENO, SODIO, POTASIO, CLORO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL REALIZA DETERMINACIÓN DE CALCIO IÓNICO EN LUGAR DE CLORO, YA QUE EL CALCIO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO, YA QUE INTERVIENE EN ALGUNAS REACCIONES ENZIMÁTICAS Y EN EL PROCESO DE LA COAGULACIÓN, PARA MANTENER EL EQUILIBRIO HEMOSTÁSICO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
83	ANEXO 1.12 CIFRAS ESTIMADAS POR UNIDAD MÉDICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONE ESTE ANEXO EN FORMATO EXCEL, PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE LE ENTREGARAN LOS FORMATOS EN EXCEL.
84	9 HORMONAS Y MARCADORES INMUNOLÓGICOS PUNTO 9.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.	EQUIPO TIPO A SOLICITAN DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS UN EQUIPO QUE CUENTE CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON REFERENCIAR QUE LAS CURVAS Y PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN SE MUESTRAN EN LA PANTALLA Y LAS IMPRESIONES. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
85	9 HORMONAS Y MARCADORES INMUNOLÓGICOS PUNTO 9.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.	SOLICITAN PARA LA PRUEBA DE PROCALCITONINA CUALITATIVA RANGO DE MEDIDA: <0,5 NG/ML, 0,5-2 NG/ML. Y 2-10 NG/ML, >10 NG/ML., EN DONDE LOS PUNTOS DE CORTE Y LOS ALGORITMOS PARA ESTABLECER LOS VALORES DE PROCALCITONINA SE EXPRESAN EN MG/L, POR ELLO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTA PRUEBA UN RANGO DE MEDIDA <0,5 MG/L, 0,5-2 MG/L. Y 2-10	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		MG/L. >10 MG/L., GARANTIZANDO ASÍ QUE LOS RESULTADOS EMITIDOS POR EL LABORATORIO CUMPLEN LOS PARÁMETROS INTERNACIONALES. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	
86	9 HORMONAS Y MARCADORES INMUNOLÓGICOS PUNTO 9.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE PROCALCITONINA CUANTITATIVA, NO EXISTEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ESTA PRUEBA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI ESTA PRUEBA SE DEBERÁ DE INCLUIR UN EQUIPO ADICIONAL EN LAS UNIDADES QUE TIENEN LA DEMANDA DE PRUEBAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN DEBERÁ SER EL MISMO DE LAS DEMÁS PRUEBAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO. PODRÁ OFERTARSE EQUIPO ADICIONAL SÓLO EL LABORATORIO TIENE CAPACIDAD DE ESPACIO PARA INSTALARLO.
87	9 HORMONAS Y MARCADORES INMUNOLÓGICOS PUNTO 9.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.	SOLICITAN EQUIPO ANALIZADOR TIPO B, DERIVADO DE LA DEMANDA DE PRUEBAS. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO ANALIZADOR TIPO A, GARANTIZANDO LA ADECUADA RESPUESTA DEL LABORATORIO.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
88	9 HORMONAS Y MARCADORES INMUNOLÓGICOS PUNTO 9.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.	PARA LA PRUEBA CUANTITATIVA DE PROCALCITONINA NO SE INCLUYE DESCRIPCIÓN DE EQUIPO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: QUE ES EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS TECNOLOGÍA TRACE, DEBE ANALIZAR MUESTRAS DE SUERO O PLASMA CON VOLUMEN MÁXIMO DE 50 MICROLITROS DE MUESTRA. MÁXIMO 19 MINUTOS DE PROCESO (POR SER UNA PRUEBA DE URGENCIA). DEBE CONTAR CON SENSIBILIDAD DE ANÁLISIS DE 0.06 NG/ML (NANOGRAMOS POR MILILITRO), INTERVALO DE MEDICIÓN DIRECTA DE 0.02 A 50 NG/ML Y RANGO DE MEDICIÓN POR DILUCIÓN DE 0.02 A 1000 NG/ML SE REQUIERE QUE CUENTE CON SISTEMA QUE PERMITA DAR PRIORIDAD A MUESTRAS DE URGENCIA E INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS AL EQUIPO EN CUALQUIER MOMENTO. CARRUSEL DE MUESTRAS Y REACTIVOS SEAN INDEPENDIENTES PARA EVITAR POSIBLE CONTAMINACIÓN. DILUCIÓN AUTOMÁTICA FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
89	9 HORMONAS Y MARCADORES INMUNOLÓGICOS PUNTO 9.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.	SOLICITAN PARA LA PRUEBA DE PROCALCITONINA CUALITATIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE PCT (PROCALCITONINA) EN SUERO O PLASMA. CANTIDAD DE MUESTRA: 200 ML, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA ES DE 200 ML (MICROLITROS). FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE EL VOLUMEN MÁXIMO ES DE 200 MICROLITROS.
90	CONVOCATORIA PUNTO 4.6.1.7 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO SOLICITAN COPIA LEGIBLE DE DOCUMENTO DEBIDAMENTE MEMBRETADO DE POR LO MENOS UNA INSTITUCIÓN EN DONDE SE DEMUESTRE QUE EL(LOS) INGENIERO(S) Y/O TÉCNICO(S) REALIZÓ EN AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO TRES AÑOS) EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA EL EQUIPO ANALIZADOR QUE SOLICITAN PARA EL PERFIL CARDIOPULMONAR EQUIPO PORTATIL, SE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA LIBRE DE MANTENIMIENTO EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN DONDE ESPECIFICA QUE, POR LA NATURALEZA DEL EQUIPO, ESTE ES LIBRE DE MANTENIMIENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, PARA LOS EQUIPOS QUE SON LIBRES DE MANTENIMIENTO DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA HOJA DEL MANUAL DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO O CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE.
91	4.6.1.8 EXPERIENCIA TÉCNICOS DE SOFTWARE DE GESTIÓN	EN EL TERCER PUNTO DICE "COPIA LEGIBLE DEL CERTIFICADO, DIPLOMA O ALGIUNA OTRA	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, LOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0066

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		CONSTANCIA DEL PERSONAL EN MÍNIMO EN PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SOFTWARE COMO POR EJEMPLO JAVA Y/O UNO BLACK BELT, EL CUAL NO DEBE TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA." SE SOLICITA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL O SE ELIMINE EN VIRTUD QUE LIMITARÍAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, AUNADO A QUE, EL SOFTWARE OFERTADO POR MI REPRESENTADA NO OCUPA ESTOS PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO NI EN SU PROGRAMACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PROGRAMAS QUE SE MENCIONAN EL EN PUNTO 4.6.1.8, VIÑETA TRES SON EJEMPLOS, POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
92	4.6.1.23 CARTA COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN	DICE: "EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A ENTREGAR UN LISTADO DONDE DESCRIBA TODOS LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE CÓMPUTO PROPUESTOS QUE SE INSTALARÁN PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE. DICHO LISTADO DEBERÁ CITAR, EL NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN, UNIDAD HOSPITALARIA A INSTALAR Y NÚMERO DE PEDIMENTO, EMITIDA O EXPEDIDA POR EL FABRICANTE. DICHA CARTA DEBRÁ DE CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE EN ORIFINAL Y DEBERÁ ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A MAS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL DESÚÉS DEL FALLO". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE 3º DÍAS A PARTIR DEL FALLO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTAS CARTAS SOLICITADAS.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PARA EL PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO DEBERA ATENDER EL PUNTO 4.6.1.23 DE LAS BASES.
93	4.6.1.23 CARTA COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN	DICE: "EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A ENTREGAR UN LISTADO DONDE DESCRIBA TODOS LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE CÓMPUTO PROPUESTOS QUE SE INSTALARÁN PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE. DICHO LISTADO DEBERÁ CITAR, EL NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN, UNIDAD HOSPITALARIA A INSTALAR Y NÚMERO DE PEDIMENTO, EMITIDA O EXPEDIDA POR EL FABRICANTE. DICHA CARTA DEBRÁ DE CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE EN ORIFINAL Y DEBERÁ ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A MAS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO". SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTA SOLICITUD SEA REQUERIDA SOLO PARA LOS ANALIZADORES Y NO AL EQUIPO DE CÓMPUTO OFERTADO, EN VIRTUD QUE, ESTOS SON ADQUIRIDOS POR DISTRIBUIDORES Y NO POR FABRICANTES, LO CUAL IMPIDE OBTENER LA CARTA CON SELLOS DEL FABRICANTE EN ORIGINAL. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PARA EL PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO SE ACEPTA, SOLO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE LA CARTA SEA EMITIDA POR UN DISTRIBUIDOR PRIMARIO. SIN EMBARGO, PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS LA CARTA DEBERÁ SER EMITIDA POR EL FABRICANTE.
94	CONVOCATORIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO CABAL, A ESTE PUNTO, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0067

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	PARA EL PUNTO EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, ASÍ COMO DOTAR DEL EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS PRUEBAS.	COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO ES PROPIA DEL DESEMPEÑO DE LOS ANALIZADORES EQUIPO. FAVOR DE PRONUNCIARSE	
95	CONVOCATORIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO ES PROPIA DEL DESEMPEÑO DE LOS ANALIZADORES. COMO POR EJEMPLO NO BREAK, LUGAR DE INSTALACIÓN DE LOS ANALIZADORES, UNIDAD DE AGUA, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS DE LABORATORIO EL 80% DE LOS REACTIVOS DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO PROPUESTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1
96	CONVOCATORIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. PARA LOS PERFILES 11 AUTOANTICUERPOS Y 12 CARIOTIPO HUMANO	SOLICITAN QUE SE PODRA HACERSE CARGO DEL PROCESO DE ESTE TIPO DE PRUEBAS EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA, INCLUYENDO EL TRANSPORTE DE LAS MISMAS Y LA ENTREGA DE RESULTADOS A LAS UNIDADES MÉDICAS Y PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA COMPROMISO, DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO SE HARA CARGO DEL PROCESO EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA, INCLUYENDO EL TRANSPORTE DE LAS MISMAS Y LA ENTREGA DE RESULTADOS A LAS UNIDADES MÉDICAS Y PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
REPREGUNTAS			

REPREGUNTA NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	REPREGUNTA A LA PREGUNTA NO. 8 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V., SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, TALES COMO EL EQUIPO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR I (GENEXPERT) Y EL EQUIPO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR II (TORCH) NO REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO TANTO, NO LES APLICA UNA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EMITIDA POR EL FABRICANTE Y NO ENTREGA LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
2	REPREGUNTA A LA PREGUNTA NO. 13 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, Y NOS PERMITA PRESENTAR LA INFORMACIÓN EN FORMATO DIGITAL O IMPRESIÓN A COLOR, PARA PODER AGILIZAR EL MANEJO DE DOCUMENTOS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTAN HOJAS REFERENCIADAS E IMPRESAS SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUEN EN PDF EL DOCUMENTO TÉCNICO COMPLETO.
3	REPREGUNTA A PREGUNTA NUMERO 35 FORMULADA POR DICIPA S.A DE C.V. SOLICITAMOS A MABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE POR MOTIVOS DE PANDEMIA LOS FABRICANTES MIGRARON SU DOCUMENTACION A FORMATO ELECTRONICO, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DOCUMENTO ENTREGADOS Y EMPLEADOS PARA HACER REFERENCIACION DE LAS ESPECIFICACIONE SOLICITADAS SON COPIA FIEL DE LOS ORIGINALES. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0068

4	REPREGUNTA A PREGUNTA NUMERO 36 FORMULADA POR DICIPA S.A DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, DERIVADO DE LOS TIEMPOS TAN CORTOS EN LOS QUE SE ESTA DESARROLLANDO ESTA LICITACIÓN Y PERMITA INTEGRAR UNICAMENTE FOLLETO, CATALOGO, INSERTO, FICHA TÉCNICA ETC DE LOS BIENES ENLISTADOS EN LOS ANEXOS 1.13 Y 1.14 ,SIN NECESIDAD DE INTEGRAR NINGÚN OTRO DOCUMENTO O FORMATO, ADJUNTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE QUE RESULTEMOS ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE APLIQUE. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA.
5	REPREGUNTA A PREGUNTA NUMERO 37 FORMULADA POR DICIPA S.A DE C.V., SOLICITAMOS AL AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y PERMITA PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O TITULAR FDE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
6	REPREGUNTA A PREGUNTA NUMERO 38 FORMULADA POR DICIPA S.A DE C.V.,SOLICITAMOS AL AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y CONSIDERANDO LOS TIEMPOS TAN RECORTADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA EL LICITANTE EN LA QUE NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR LOS BIENES SOLICITADOS EN ESTE ANEXO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
7	REPREGUNTA A PREGUNTA NUMERO 39 FORMULADA POR DICIPA S.A DE C.V., SONSIDERARAN DO EL ITEMPO TAN CORTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SUS RESPUESTA Y PERMITA PRESENTAR PARA EL ANEXO 1.14 CARTA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O IMPORTADOR PRIMARIO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SOLO PARA LOS EQUIPOS DEL ANEXO 1.14.
8	REPREGUNTA A PREGUNTA NUMERO 41 FORMULADA POR DICIPA S.A DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y PERMITA PRESENTAR COPIA DEL ISO 13485 O ISO 9001 UNICAMENTE PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE LES APLICA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE PARA LOS EQUIPOS DEL ANEXO 1.14, DEBERÁ ENTREGAR ISO 13485 Y PARA EL MOBILIARIO DEL ANEXO 1.14 ISO 90001.
9	REPREGUNTA A PREGUNTA NUMERO 43 FORMULADA POR DICIPA S.A DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y PERMITA PRESENTAR CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LOS CERTIFICADOS QUE EN SU CASO LE SEAN APLICABLES A LOS BIENES DETALLADOS EN LOS ANEXOS 1.13 Y 1.14. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
10	REPREGUNTA A PREGUNTA NUMERO 44 FORMULADA POR DICIPA S.A DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO MENCIONADO SE ACEPTE COMO REGISTROS INTERNACIONALES LOS SIGUIENTES: FDA Ó CE Ó JIS Ó ISO 13485 O ISO 9001 DE ACUERDO CON LO APLICABLE AL PAIS DE PROCEDENCIA ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
11	REPREGUNTA A PREGUNTA NUMERO 45 FORMULADA POR DICIPA S.A DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y DERIVADO DE EL TIEMPO TAN CORTO EN LOS QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO LA LICITACIÓN NOS PERMITA PRESENTAR CARTA COMPROMISO FIRMADA POR EL LICITANTE DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREOS LOS BIENES SOLICITADOS EN LOS ANEXO 1.13 Y 1.14. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
12	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NO. 65 A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA DADO QUE ALGUNAS ESPECIFICACIONES DE ESTOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS NO SE PRESENTAN EN NINGUN DOCUMENTO TECNICO. LOS FABRICANTES NO DESARROLLAN FOLLETOS NI MANUALES AMPLIADOS. SOLICITAMOS NOS ACEPTEN CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE GARANTIZAMOS CUMPLEN CON ESTAS CARACTERISTICAS. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE DEBE ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1.
13	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NO. 71 A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE SERÍA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE PRESENTAR DICHS DOCUMENTOS, DADO QUE LA FORMA DE COMERCIALIZAR ESTOS PRODUCTOS ACTUALMENTE SON POR DIVERSOS DISTRIBUIDORES PEQUEÑOS QUE NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
14	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NO. 72 A MI REPRESENTADA, DADO QUE ACTUALMENTE NINGUN FABRICANTE LOS COMERCIALIZA EN MEXICO. LA EMPRESA BD DESCONTINUO DICHS PRODUCTOS HACE TIEMPO, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE RECONSIDEREN SU RESPUESTA.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, LOS INSUMOS SON OBLIGATORIOS, NO DEBEN SER FABRICADOS OBLIGATORIAMENTE BD.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

0069

15	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NO. 74 A MI REPRESENTADA, PUESTO QUE LOS COMPONENTES DEL PAQUETE B TIENEN LA MISMA FUNCIÓN QUE LOS COMPONENTES DEL PAQUETE A, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNO U OTRO.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE REQUIEREN LOS DOS PAQUETES POR LOGISTICA DE LA TOMA DE MUESTRAS.
16	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NO. 77 A MI REPRESENTADA, SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE UTILIZA CARTUCHO UNICO QUE CONTIENETODO LO NECESARIO PARA PROCESAR UNA MUESTRA, SENSORES, SOLUCIONES ESTANDAR, GASES TONEMETRIZADO Y BOLSAS DE DESECHOS, LO QUE PERMITE UNA MINIMA MANIPULACION DE LA MUESTRA Y CERO CONTACTO CON LOS RESIDUOS BIOLÓGICOS, LO QUE FAVORECE A SER UN EQUIPO APROPIADO PARA PERMANECER EN AREAS CRITICAS Y PRIORITARIAS COMO QUIROFANOS, UTIN, UCIN, ETC. SIN RIESGO DE CONTAMINAR, LIBRE DE MANTENIMIENTO Y FACIL LIMPIEZA, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA.
17	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NO. 90 A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE RECONSIDERAR Y SE PERMITA CARTA EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA.
18	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NO. 90 A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA QUE SEA LIBRE DE MANTENIMIENTO SE HACE REFERENCIA A UN MANTENIMIENTO MINIMO, ES DECIR QUE EL EQUIPO SOLO REQUIERA DE LIMPIEZA EXTERNA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE DEBERÁ REFERENCIAR DE ACUERDO AL MANUAL DEL EQUIPO.
19	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NO. 91 A MI REPRESENTADA, FAVOR DE CONSIDERAR SE ENTREGUE DICHO DIPLOMA, EN CASO DE SER ADJUDICADOS A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO, ¿SE ACEPTA?	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA.
20	REPREGUNTA A LA PREGUNTA NO. 95 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA DADO QUE ESTOS PUNTOS SON CARACTERÍSTICAS INHERENTES AL DESEMPEÑO TECNOLÓGICO DE LOS ANALIZADRES. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	LA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE ATENDER LA SOLICITUD EN EL PUNTO 4.6.1.1.

- III. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE RESPONDIERON **NO** TENER ALGUNO.-----
- IV. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.-----
- V. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS LICITANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A **LA CONVOCANTE** ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES CUANDO ESTIME CONVENIENTE.-----
- VI. **LA CONVOCANTE** COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2022**, A LAS **12:00 HORAS** EN ESTA MISMA SALA.-----
- VII. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **21:00 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. -----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-003-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
CLÍNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

0070

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS.	
DIRECCIÓN JURIDICA Y NORMATIVA	LIC. MANUEL MORA DELGADO REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JUD DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	Q.F.B. MAYRA ALONDRA MONTIEL ROLDÁN ENCARGADA DE LA COORDINACION DE OPERACIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS	
	C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	MARISOL ROJAS MENENDEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
	LUZ DEL SOCORRO GÓMEZ VIVANCO REPRESENTANTE	

POR LOS LICITANTES

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE	FIRMA
DICIPA S.A. DE C.V.	JOSÉ LUIS BERNAL LÓPEZ	