



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE SU REGLAMENTO, **ADOLFO ALONSO BONEQUI** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023", HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----

HECHOS

I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: -----

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	DRA. KEREN HAPPUCH MARTÍNEZ ISLAS ENCARGADA DE LA COORDINACION DE SERVICIO DE SANGRE
	Q.B.P. ARMANDO ESTRADA AGUILAR REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	MTRA. MARÍA TERESA NOHEMÍ BUENDÍA ELIZALDE REPRESENTANTE

II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE
GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	CESAR EDUARDO ROSAS FONSECA
BIODIST, S.A. DE C.V.	ISRAEL GOYTIA SIL
PHARMACUR, S.A. DE C.V.	VICTOR MEDINA MARTÍNEZ

80000000

00000067



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

COMERLAT, S.A. DE C.V.	LUIS ANDRÉS RAMOS LÓPEZ
LABORATORIOS LICON, S.A.	MARÍA ELENA TREJO ROJO

PRECISIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

PRECISIONES TÉCNICA

PRECISIÓN TÉCNICA 1

PÁGINAS 47 Y 48, PUNTO 4.6.1.14 "FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE EQUIPOS".

DICE:

4.6.1.14 FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE EQUIPOS

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

- ENTREGAR UN FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y CÓMPUTO PARA EL SERVICIO INTEGRAL BANCO DE SANGRE EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS UBICADA EN TORRE INSIGNIA, PISO 21. CON AL MENOS LOS SIGUIENTES DATOS ENLISTADOS. LA FECHA DE ENTREGA DEL FORMATO NO DEBERÁ SER MAYOR A 3 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE FALLO. DICHO FORMATO SE UTILIZARÁ PARA EVIDENCIAR LA ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE COMPUTO, POR LO QUE DEBERA SER LLENADO POR EL PROVEEDOR Y VALIDADO POR EL JEFE DE SERVICIO DE CADA UNIDAD HOSPITALARIA.

- I. FECHA DE INSTALACIÓN.
- II. UNIDAD HOSPITALARIA.
- III. NÚMERO DE LICITACIÓN.
- IV. NÚMERO DE CONTRATO.
- V. NOMBRE DEL EQUIPO.
- VI. MARCA.
- VII. MODELO.
- VIII. NÚMERO DE SERIE.
- IX. AÑO DE FABRICACIÓN.
- X. ÁREA DONDE SE INSTALA.
- XI. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE LA INSTALACIÓN.
- XII. OBSERVACIONES.
- XIII. ESTATUS DEL EQUIPO (FUNCIONAL/ FUERA DE SERVICIO).
- XIV. SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA.
- XV. NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMPAÑÍA LICITANTE.
- XVI. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MÉDICA O ÁREA USUARIA.
- XVII. DEBERÁ CONTENER UNA TABLA QUE ESPECIFIQUE LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:

DOCUMENTACIÓN	PRESENTA/ NO PRESENTA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
MANUAL DE USUARIO	
GRUÍA RÁPIDA	

ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO dmti.bancodesangre@gmail.com EN FORMATO PDF DE FORMA COMPLETA Y LEGIBLE LOS FORMATOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE CÓMPUTO DEBIDAMENTE REQUISITADOS CON SELLO Y FIRMA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. EL ENVÍO DE LOS FORMATOS DEBERÁ SER AGRUPADOS POR UNIDAD HOSPITALARIA, UN ACTA POR ARCHIVO PDF Y NOMBRANDO DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS 1.1, 1.1A, 1.8 Y 1.8A, MODELO Y NÚMERO

73000000

00000068



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

DE SERIE. LOS FORMATOS ORIGINALES DEBEN DE ENTREGARSE A LOS JEFES DE SERVICIO DE CADA UNIDAD HOSPITALARIA Y UNA COPIA FÍSICA DE ESTOS AL PROVEEDOR ADJUDICADO.

DEBE DECIR:

4.6.1.14 FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE EQUIPOS

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

1. ENTREGAR SIN LLENAR UN FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE CÓMPUTO PARA EL SERVICIO INTEGRAL BANCO DE SANGRE EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS UBICADA EN TORRE INSIGNIA, PISO 21. LA FECHA DE ENTREGA DEL FORMATO NO DEBERÁ SER MAYOR A 3 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE FALLO. DICHO FORMATO SE UTILIZARÁ PARA EVIDENCIAR LA ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BASICOS Y DE COMPUTO. EL FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEBERA CONTENER AL MENOS LOS SIGUIENTES DATOS:
 - I. FECHA DE INSTALACIÓN.
 - II. UNIDAD HOSPITALARIA.
 - III. NÚMERO DE LICITACIÓN.
 - IV. NÚMERO DE CONTRATO.
 - V. NOMBRE DEL EQUIPO.
 - VI. MARCA.
 - VII. MODELO.
 - VIII. NÚMERO DE SERIE.
 - IX. AÑO DE FABRICACIÓN.
 - X. ÁREA DONDE SE INSTALA.
 - XI. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE LA INSTALACIÓN.
 - XII. OBSERVACIONES.
 - XIII. ESTATUS DEL EQUIPO (FUNCIONAL/ FUERA DE SERVICIO).
 - XIV. SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA.
 - XV. NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMPAÑÍA LICITANTE.
 - XVI. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MÉDICA O ÁREA USUARIA.
 - XVII. DEBERÁ CONTENER UNA TABLA QUE ESPECIFIQUE LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:

DOCUMENTACIÓN	PRESENTA/ NO PRESENTA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
MANUAL DE USUARIO	
GRUÍA RÁPIDA	

2. ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO dmti.bancodesangre@gmail.com EN FORMATO PDF DE FORMA COMPLETA Y LEGIBLE LOS FORMATOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE CÓMPUTO DEBIDAMENTE REQUISITADOS CON SELLO Y FIRMA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. LOS FORMATOS DEBERAN SER LLENADOS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y VALIDADOS POR LOS JEFES DE SERVICIO DE CADA UNIDAD HOSPITALARA. EL ENVÍO DE LOS FORMATOS DEBERÁ SER POR UNIDAD HOSPITALARIA, UN FORMATO POR ARCHIVO PDF Y NOMBRADO POR EL BIEN DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN CITADA EN LOS ANEXOS 1.1, 1.1A, 1.8 Y 1.8A. LOS FORMATOS ORIGINALES DEBEN DE ENTREGARSE A LOS JEFES DE SERVICIO DE CADA UNIDAD HOSPITALARIA Y UNA COPIA FÍSICA DE ESTOS AL PROVEEDOR ADJUDICADO. LOS FORMATOS CORRECTAMENTE LLENADOS DEBERAN ENVIARSE AL CORREO ANTES CITADO A MAS TARDAR AL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR A SU FIRMA POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, TENIENDO COMO FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS FORMATOS DE SESENTA Y TRES DÍAS HÁBILES PARTIR DEL DÍA DE FALLO.

07000000

00000089

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, Y PARA TAL FIN, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTO TECNOLOGIA E INSUMOS, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: -----

COMERLAT, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.2. INTEGRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I, 33 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVICIO OFERTADO POR LOS LICITANTES DEBERÁ GRADO DE CONTAR POR LO MENOS CON UN 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE CONTENIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.	EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL INDICA QUE "LAS LICITACIONES PÚBLICAS PODRÁN SER: I.- NACIONALES; CUANDO ÚNICAMENTE PUEDAN PARTICIPAR PROVEEDORES NACIONALES Y <u>LOS BIENES A ADQUIRIR SEAN PRODUCIDOS EN EL PAÍS Y CUENTEN POR LO MENOS CON UN CINCUENTA POR CIENTO DE CONTENIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. (ENFÁSIS AÑADIDO)</u> EL QUE SERÁ DETERMINADO TOMANDO EN CUENTA EL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL BIEN, QUE SIGNIFICA TODOS LOS COSTOS MENOS LA PROMOCIÓN DE VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, REGALÍAS Y EMBARQUE, ASÍ COMO LOS COSTOS FINANCIEROS..." ES DECIR EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL APLICA CUANDO SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE SIENDO QUE EN BIENES, Y EL CASO DE LA LICITACIÓN EN COMENTO SE TRATA DE UN SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, POR LO QUE NO APLICARÍA SOLICITAR EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, MÁXIME QUE LOS BIENES QUE ESTÁN DENTRO DEL SERVICIO, EQUIPOS SON PROPIEDAD DE LOS PROVEEDORES, Y LOS DEMÁS INSUMOS LA GRAN MAYORÍA DE LOS FABRICANTES SON DE ORIGEN EXTRANJERO, SIENDO SÓLO PARTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OMITIR LA DICHA MANIFESTACIÓN, DEBIENDO ÚNICAMENTE PRESENTAR UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DENTRO DEL CUAL OCUPA BIENES QUE FORMAN PARTE DEL MISMO SERVICIO, EL CUAL ES PRESTADO POR PERSONAL DE NACIONALIDAD MEXICANA Y POR EMPRESA DE ORIGEN NACIONAL, Y NO DE UN PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, LO CUAL SE ROBUSTECE CON LO SEÑALADO CON EL ARTICULO DÉCIMO CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL GRADO DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE DISMINUCIÓN U OMISIÓN DEL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL QUE SEÑALA, "NO SE CONSIDERARA QUE UN SERVICIO SEA DE IMPORTACIÓN, CUANDO SEA PRESTADO POR PERSONAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, CONTRATADAS POR PERSONAS FÍSICAS O MORALES EXTRANJERAS PARA REALIZARLO, POR LO CUAL DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO INDICANDO QUE CUENTA CON EL MÍNIMO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL SOLICITADO.
2.	4.5. INCISO H Y M	EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL INDICA "REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES; QUE EN EL CASO DE LOS	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y QUE PARA EL CASO DE LA CONNOTACIÓN DE SALARIALMENTE RESPONSABLE BASTARÁ CON QUE LA LEYENDA APAREZCA EN EL CERTIFICADO DE PADRÓN DE

28000000

00000070



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023,
PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023".

		<p>PROVEEDORES SALARIALMENTE RESPONSABLES, ESTOS DEBERÁN AGREGAR LA CONSTANCIA DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN; DOCUMENTO QUE SE CONSIDERARÁ COMO UN FACTOR QUE DETERMINARÁ LA ADJUDICACIÓN AL QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.</p> <p>SE DEBERÁ SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD CONVOCANTE PODRÁ REALIZAR LAS CONSULTAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA CORROBORAR SI LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CUENTAN CON LA ANOTACIÓN VIGENTE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE, EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES. POR SU PARTE EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN II DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL EN SUS INCISOS A) Y B) SEÑALAN "A) SE ADJUDICARÁ AL LICITANTE QUE HUBIERE OFRECIDO MEJORES CONDICIONES EN SU PROPUESTA, ADICIONALES A LAS MISMAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES, CON RELACIÓN A LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A CONTRATAR; Y EN SU CASO, SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES CON LA ANOTACIÓN QUE LO IDENTIFIQUE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE. B) SE ADJUDICARÁ PROPORCIONALMENTE EN PARTES IGUALES, A LAS PROPUESTAS QUE REÚNAN LAS MISMAS CONDICIONES Y EN IGUALDAD DE PRECIO, Y EN SU CASO, SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES CON LA ANOTACIÓN QUE LO IDENTIFIQUE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE."</p> <p>ES DECIR, LA CALIDAD DE PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE ES PARA EFECTOS DE DESEMPATE EN UNA LICITACIÓN, SIN EMBARGO, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. Y POR LOS TIEMPOS TAN RECORTADOS PARA CONCLUIR EL TRÁMITE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CON EL PROPÓSITO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS MICRO O PEQUEÑAS Y MÁS DE CON POCOS AÑOS EN LA OPERACIÓN, SE PERMITA QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA SEA UNO DE LOS MIEMBROS QUE VAN EN CONJUNTO EL QUE ESTÉ INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE</p>	<p>PROVEEDORES DE UNO DE LOS LICITANTES DE LA PROPUESTA CONJUNTA.</p> <p>PARA EL CASO DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES AMBAS EMPRESAS DEBERÁN TENER SU CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES AL TRATARSE DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMO SE SOLICITA EN EL INCISO R DE LAS BASES, QUE SEÑALA EN SU PARTE CONDUCTENTE "...COMO SI CADA UNO DE ELLOS PARTICIPARÁ DE FORMA INDIVIDUAL".</p>
--	--	--	--

57000000

00000071

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

		LOS DEMÁS DEMUESTREN ESTAR EN TRÁMITE SU REGISTRO, Y QUE CON LA CALIDAD DE UNO DE ESTOS PARTICIPANTES COMO EMPRESA SALARIALMENTE RESPONSABLE SEA SUFICIENTE PARA TOMARLO EN CUENTA EN CASO DE DESEMPATE	
3.	INCISO K RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO ANTE EL IMSS CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 4.7.1.7 Y 4.7.1.8 DEL ANEXO TÉCNICO	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA CUENTE CON LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONFORMIDAD A LAS REFORMAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE PODRÁ EXHIBIR DICHO CONTRATO Y LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ADEMÁS DE LAS DE LA EMPRESA LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. Y QUE LAS CONSTANCIAS EN EL USO Y MANEJO DE LOS EQUIPOS SEAN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTO, PARA EL CASO DE LA PROPUESTA CONJUNTA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA CONTENIDA EN LOS NUMERALES 4.5 Y 4.5.1, DEBERÁ PRESENTAR DICHA DOCUMENTACIÓN COMO SI CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN DE MANERA CONJUNTA PARTICIPARAN DE MANERA INDIVIDUAL.
4.	ANEXO 19	LE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE LAS COLUMNAS DEL ANEXO 19 Y LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PLASMARSE PARA EL LLENADO DEL MISMO, Y EN SU DEFECTO SE ADJUNTE EL INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA DAR MAYOR CERTEZA JURÍDICA PARA SU EVALUACIÓN Y NO DEJARLO A CONSIDERACIÓN DE LOS LICITANTES Y LOS EVALUADORES, TODA VEZ QUE SE REFIERE AL SOFTWARE E INDICA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO Y DEL SERVICIO PROPUESTO EN PRÉSTAMO Y SE DESCONOCE SI SE REFIEREN AL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA O A LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE, FAVOR DE ACLARAR	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA, EL SERVICIO QUE SE ESTA LICITANDO ES DE BANCO DE SANGRE SIN EMBARGO EL INSTRUCTIVO DE LLENADO CONTENIDO EN EL ANEXO 19 DE LAS BASES PAG. 131

2

[Handwritten signatures and initials]

00000072

15000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023,
PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023".

5.	5.1 A)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA BOLSA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN ENVASE TRANSPARENTE DE PET/PP. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUERENTE, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6.	5.1 B)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA BOLSA QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN ENVASE TRANSPARENTE DE PET/PP. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUERENTE, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7.	5.1 D)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSAS DE TRANSFERENCIA DE 400 ML EN SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA CON CAPACIDAD DE 300 ML. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUERENTE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8.	5.1 F)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CUÁDRUPLE SISTEMA TOP & BOTTOM PARA UNA RÁPIDA PREPARACIÓN DE COMPONENTES CON ALTA CALIDAD, ACOPLADAS CON UN CONECTOR INTEGRAL Y UN SISTEMA SECUNDARIO DE BOLSAS, CON SITIO PARA TOMA DE MUESTRA PREDONACIÓN CON PINZA DE SEGURIDAD IRREVERSIBLE, AGUJA DE 16G TRIFACIAL, CON TAPÓN QUE ABRE FÁCILMENTE Y PROTECTOR DE AGUJA IRREVERSIBLE. LÁMINA ESPECIAL PARA ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS HASTA 5 DÍAS. BOLSA PRIMARIA PARA RECOLECCIÓN DE 450 ML +/- 10% CON 63 ML DE CPD COMO ANTICOAGULANTE Y BOLSAS SECUNDARIAS CON CAPACIDAD DE 600 ML, UNA DE ELLAS CON 100 ML DE SAG-M COMO CONSERVANTE PARA ALMACENAMIENTO DE ERITROCITOS HASTA 42 DÍAS, TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y SUAVES, RESISTENTES A LA TORSIÓN. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LEUCOCITOS EN 1 O MÁS LOGARITMOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUERENTE, NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES.
9.	5.1 J)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FILTRO PRE-ALMACENAMIENTO CON LA CAPACIDAD DE LEUCODEPLETAR POOLS DE CONCENTRADOS PLAQUETARIOS, UNIDOS POR MEDIO DE CONEXIÓN ESTÉRIL EN BOLSAS CON CAPACIDAD DE 600 ML. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUERENTE, ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA.
10.	6.1.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO NO. 1 PARA AFÉRESIS UNIPUNCIÓN PARA RECOLECCIÓN	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUERENTE, NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES.

AT000000

00000073

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

			DE PLAQUETAS LEUCORREDUCIDAS, RECAMBIOS PLASMÁTICOS Y CÉLULAS MONONUCLEARES CON BOMBAS PARA SANGRE, SOLUCIÓN SALINA, PLASMA Y ANTICOAGULANTE, CON VOLUMEN EXTRACORPÓREO DE 160 A 209 ML, CON BALANZAS PARA ANTICOAGULANTE Y SOLUCIÓN SALINA, CON SISTEMA DE MEMORIA PARA LA RECUPERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS AL INTERRUMPIRSE LA LUZ ELÉCTRICA Y CONSULTA DE DATOS DEL ÚLTIMO PROCEDIMIENTO REALIZADO; EQUIPO NO. 2 PARA RECOLECCIÓN DE DOBLE CONCENTRADO DE ERITROCITOS LEUCODEPLETADOS, POR AFÉRESIS DE FLUJO CONTINUO UNIPUNCIÓN EN UN TIEMPO PROMEDIO DE 35 MINUTOS, CON LA POSIBILIDAD DE DONACIÓN EN SITIO FIJO O DE MANERA MÓVIL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
11.	7.1 A)		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRIFUGA DE PISO REFRIGERADA CON CAPACIDAD DE HASTA 12 BOLSAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUIRENTE, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
12.	7.1 C)		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRIFUGA DE PISO REFRIGERADA CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 12 BOLSAS DE SANGRE POR CICLO DE CENTRIFUGADO Y FRACCIONAMIENTO, UN FRACCIONADOR AUTOMATIZADO CON LA OPCIÓN DE SELLADO INTEGRADO, CON LA POSIBILIDAD DE 50 PROGRAMAS DE SEPARACIÓN Y FLEXIBILIDAD DE LOS MISMOS, SUPERANDO LA CALIDAD DE LOS HEMOCOMPONENTES OBTENIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUIRENTE, NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES.
13.	19. EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE APOYO	BÁSICO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE DE 13.5 PIES CÚBICOS EN SUSTITUCIÓN DEL REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE DE 10 PIES CÚBICOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUIRENTE, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14.	19. EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE APOYO	BÁSICO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRIFUGA DE PISO REFRIGERADA CON CAPACIDAD DE HASTA 12 BOLSAS EN SUSTITUCIÓN DE UNA CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE CON CAPACIDAD DE 16 BOLSAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUIRENTE, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15.	19. EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE APOYO	BÁSICO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRIFUGA DE PISO REFRIGERADA CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 12 BOLSAS DE SANGRE	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUIRENTE, NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES.

27000900

00000074



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

		POR CICLO DE CENTRIFUGADO Y FRACCIONAMIENTO, UN FRACCIONADOR AUTOMATIZADO CON LA OPCIÓN DE SELLADO INTEGRADO, CON LA POSIBILIDAD DE 50 PROGRAMAS DE SEPARACIÓN Y FLEXIBILIDAD DE ESTOS, SUPERANDO LA CALIDAD DE LOS HEMOCOMPONENTES OBTENIDOS EN SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CENTRIFUGACIÓN Y FRACCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
16.	ANEXO 1.8A, 5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CONGELADOR VERTICAL PARA BANCO DE SANGRE DE 20.2 PIES CÚBICOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUIRENTE, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17.	ANEXO 1.8A, 7	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE DE 13.5 PIES CÚBICOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUIRENTE, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18.	4.5.1 INCISO G	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE ORIGEN EXTRANJERO SE PODRÁ PRESENTAR EL ANEXO 9 CON LA LEYENDA DE "NO APLICA" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DENTRO DEL CUAL OCUPA BIENES QUE FORMAN PARTE DEL MISMO SERVICIO, EL CUAL ES PRESTADO POR PERSONAL DE NACIONALIDAD MEXICANA Y POR EMPRESA DE ORIGEN NACIONAL, Y NO DE UN PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES. LO CUAL SE ROBUSTECE CON LO SEÑALADO CON EL ARTICULO DÉCIMO CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL GRADO DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE DISMINUCIÓN U OMISIÓN DEL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL QUE SEÑALA, "NO SE CONSIDERARA QUE UN SERVICIO SEA DE IMPORTACIÓN, CUANDO SEA PRESTADO POR PERSONAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, CONTRATADAS POR PERSONAS FÍSICAS O MORALES EXTRANJERAS PARA REALIZARLO. POR LO CUAL, DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO INDICANDO QUE CUENTA CON EL MÍNIMO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL SOLICITADO.
19.	4.5.1 INCISO Q	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PERTENEZCA A ESTA ESTRATIFICACIÓN SE PODRÁ PRESENTAR EL ANEXO 25 CON LA LEYENDA DE "NO APLICA" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE PARA EL CASO DE NO ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO SEÑALADO EN EL ANEXO 25 PODRÁ SEÑALAR QUE NO LE APLICA, SIN EMBARGO, DEBERÁ SEÑALAR SI SU RANGO DE EMPRESA SE CLASIFICA COMO "GRANDE" U "OTRA" ASÍ COMO EL NUMERO DE EMPLEADOS PUDIENDOLO HACER EN EL MISMO FORMATO DEL ANEXO 25.
20.	ANEXO TECNICO INCISO 4.6.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD LOS FABRICANTES TRANSNACIONALES CUENTAN CON DISTINTAS FIGURAS Y REPRESENTACIÓN A NIVEL MUNDIAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.6.1.4

87000000

00000075

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

		CARACTERÍSTICAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
26.	ANEXO 1.9 MATERIAL, INSUMOS Y REACTIVOS EXTRAS	ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ NECESARIO REFERENCIACIÓN PARA LO SOLICITADO EN EL PRESENTE ANEXO Y BASTARÁ CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LO SOLICITADO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ATENDER EL PUNTO 4.6.1.1 "PROPUESTA TÉCNICA" DE LAS BASES.

GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.6.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL, DE LOS EQUIPOS: COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS NUEVOS O FUNCIONALMNTNE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMO 5 AÑOS.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 6 AÑOS, TODA VEZ QUE SON EQUIPOS QUE TIENEN UNA VIDA MEDIA PRODUCTIVA DE AL MENOS 10 AÑOS Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO YA QUE SE LES REALIZA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO CON CONDICIONES DE FÁBRICA, ADEMÁS DE QUE REALIZAR CAMBIOS POR EQUIPO NUEVO IMPLICARÍA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LOS COSTOS DEL SERVICIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
2	CONDICIONES DE ENTREGA LA INSTLACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS MISMOS, NO DEBERÁ SER MAYOR A 60 DÍAS NATURALES REPECTIVAMENTE, A PARTIR DE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO, PARA LO CUÁL EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS A 90 DÍAS, YA QUE DERIVADO DEL PROBLEMA MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE CHIPS QUE HA AFECTADO NO SOLAMENTE A LAS INDUSTRIAS DE TELEFONÍA Y AUTOMOTRICES, SINO QUE TAMBIÉN SE HA EXTENDIDO A LAS INDUSTRIAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y COMO CONSECUENCIA NOS HA TRAIÐO RETRASOS EN LA PRODUCCIÓN DE ALGUNOS EQUIPOS, POR LO CUAL EL TIEMPO DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS SE PUEDE VER AFECTADO AL AMPLIARSE SU TIEMPO DE MANUFACTURA Y ESTO DEJARÍA A ALGUNOS PARTICIPANTES CON POCAS POSIBILIDADES DE PARTICIPAR LO QUE LIMITARÍA SU PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
3	NUMERAL 4.6.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE B) PARA INSUMOS (MATERIALES, REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES) SEGUNDO PARRAFO, SI LOS EQUIPOS E INSUMOS NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO NO DEBERAN PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.	DE ACUERDO CON LO REFERIDO AL SEGUNDO PARRAFO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE SI PARA AQUELLOS EQUIPOS, MATERIALES, REACTIVOS, CALIBRADORES E INSUMOS QUE NO CUENTEN CON REGISTRO SANITARIO TAMPOCO SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO Y EL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.2

87000000

00000077

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

4	ANEXO 19, FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SIASS SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE ANEXO 1.8A DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO BÁSICO NUMERAL 13 BALANZA MECÁNICA DE 2 PLATOS CAPACIDAD DE 3500 G	DE ACUERDO CON EL NUMERAL 13 BALANZA MECÁNICA DE 2 PLATOS. DEBEMOS ENTENDER QUE LA CAPACIDAD SOLICITADA ES HASTA 3500 GRAMOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA NO EXISTE EL NUMERAL 13 EN EL ANEXO 1.8A
5	ANEXO 19, FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SIASS SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE ANEXO 1.8A DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO BÁSICO NUMERAL 13 BALANZA MECÁNICA DE 2 PLATOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA BALANZA CON CAPACIDAD DE 200 GRAMOS CON UNA SENSIBILIDAD DE 0.1 GRAMO CAPACIDAD DE TARA 225 GRAMOS Y PLATO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA NO EXISTE EL NUMERAL 13 EN EL ANEXO 1.8A
REPREGUNTA		PREGUNTA	
1	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NUMERO 1 A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA QUE EL 8% DEL EQUIPO BÁSICO TENGA UN MÁXIMO DE 6 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DADO QUE NO TODOS LOS PROVEEDORES CUENTAN CON EQUIPO CON LA ANTIGÜEDAD SOLICITADA EN LAS BASES ¿SE ACEPTA?		EL AREA TÉCNICA RESPONDE. EN CUANTO EL EQUIPO BÁSICO SE ACEPTA QUE NO MAYOR AL 8% TENGA UN MÁXIMO DE 6 AÑOS DE FABRICACIÓN.
2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 90% DEL EQUIPAMIENTO CON LA ANTIGÜEDAD REQUERIDA Y EL 10% RESTANTE SEA CON MAYOR TIEMPO QUE EL SOLICITAD, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO. COMPROMETIÉNDONOS A REALIZAR EL CAMBIO EN DADO CASO QUE FALLE EL MISMO ¿SE ACEPTA?		EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

LABORATORIOS LICON, S.A. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I, 33 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVICIO OFERTADO POR LOS LICITANTES DEBERÁ CONTAR POR LO MENOS CON UN 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE CONTENIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE REFIERE A LOS EQUIPOS Y BIENES DE ORIGEN NACIONAL Y SE PUEDE OFERTAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN EQUIPOS Y BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO. FAVOR DE ACLARAR.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DENTRO DEL CUAL OCUPA BIENES QUE FORMAN PARTE DEL MISMO SERVICIO, EL CUAL ES PRESTADO POR PERSONAL DE NACIONALIDAD MEXICANA Y POR EMPRESA DE ORIGEN NACIONAL, Y NO DE UN PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES. LO CUAL SE ROBUSTECE CON LO SEÑALADO CON EL ARTICULO DÉCIMO CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL GRADO DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL, ASI COMO LOS CRITERIOS DE DISMINUCIÓN U OMISIÓN DEL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN O CONTENIDO NACIONAL QUE SEÑALA, "NO SE CONSIDERARA QUE UN SERVICIO SEA DE IMPORTACIÓN, CUANDO SEA PRESTADO POR PERSONAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, CONTRATADAS POR PERSONAS

55000000

00000078



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

			FÍSICAS O MORALES EXTRANJERAS PARA REALIZARLO. POR LO CUAL, DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO INDICANDO QUE CUENTA CON EL MÍNIMO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL SOLICITADO.
2		EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA QUE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL, CUENTEN CON UN CONTENIDO NACIONAL DEL 50 AL 65%. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE DA RESPUESTA EN LA PREGUNTA ANTERIOR
3	4.6.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL. ESCRITO FIRMADO POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A: DE LOS EQUIPOS. A ENTREGAR EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE CINCO AÑOS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO, NO NECESARIAMENTE NUEVOS, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO CON FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA CINCO AÑOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES.
4	8. INMUNOHEMATOLOGÍA. PRUEBA CRUZADA. EN TARJETAS DE GEL O CASETE DE MICROESFERAS DE VIDRIO.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OFERTA DE ESTA PRUEBA, DEBEMOS CONSIDERAR PRUEBA MAYOR Y AUTOCONTROL. ¿FAVOR DE ACLARAR?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION.
5	8. INMUNOHEMATOLOGÍA. 8.2. MENÚ DE DETERMINACIONES. DETERMINACIÓN EN TUBO DE GRUPO DE A1 Y A2.	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE PARA ESTE PUNTO SE REFIERE AL USO DE LECTINAS (LECTINA ANTI-A1 Y LECTINA ANTI-H).	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION.
6	10.1 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN LAS DETERMINACIONES INMUNOHEMATOLÓGICAS. EL PROVEEDOR SUMINISTRARÁ LOS INSUMOS NECESARIOS A LOS BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN SE SANGRE HUMANAY SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS EN LOS BANCOS DE SANGRE.	ES CORRECTO ENTENDER QUE, ADICIONAL AL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, SE DEBERÁ INSCRIBIR A LAS UNIDADES MÉDICAS A CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGÍA, EL CUAL, DEBERÁ ESTAR ACREDITADO COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NMX-EC-17043-IMNC-2010 (ISO/IEC 17043:2010) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 15.1.3 DE LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
7	10.2 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DETERMINACIONES SEROLÓGICAS. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN LOS BANCOS DE SANGRE QUE CUENTEN CON DIAGNOSTICO DE SEROLOGÍA INFECCIOSA, CONVENIO CON EL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UNO DE TERCERA OPINIÓN (EXTERNO O PARTICULAR)	ES CORRECTO ENTENDER QUE, ADICIONAL AL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, SE DEBERÁ INSCRIBIR A LAS UNIDADES MÉDICAS A CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN SEROLOGÍA, EL CUAL, DEBERÁ ESTAR ACREDITADO COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NMX-EC-17043-IMNC-2010 (ISO/IEC 17043:2010) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 15.1.3 DE LA NOM 253 SSA1 2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
8	10.2 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DETERMINACIONES SEROLÓGICAS. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN LOS BANCOS DE SANGRE QUE CUENTEN CON DIAGNOSTICO DE SEROLOGÍA INFECCIOSA, CONVENIO CON EL	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, SE DEBERÁ ENTREGAR CONTROL NEGATIVO Y CONTROL DEBIL POSITIVO, ADICIONAL AL QUE INCLUYE EL FABRICANTE, CUYO VALOR NO EXCEDERA DE TRES VECES EL PUNTO	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION.

08000000

00000079

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

	CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UNO DE TERCERA OPINIÓN (EXTERNO O PARTICULAR)	DE CORTE, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO A) DEL PUNTO 15.9.2. DE LA NOM 253 SSA1 2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
--	---	---	--

BIODIST, S.A DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.2 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. INCISO B)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL R.F.C. DEL LICITANTE, FECHA, NÚMERO Y OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SOLO SE INDICARA EN LAS CARTAS Y/O ANEXOS EXPEDIDOS POR EL LICITANTE. FAVOR DE CONFIRMAR.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CONSIDERANDO QUE DICHS DATOS SE DEBEN CONSIDERAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
2	4.2 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. INCISO C)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LO SOLICITADO EN ESTE INCISO, SOLO SE INDICARA EN LAS CARTAS Y/O ANEXOS EXPEDIDOS POR EL LICITANTE. FAVOR DE CONFIRMAR.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CONSIDERANDO QUE DICHS DATOS SE DEBEN CONSIDERAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
3	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 1 QUE INDICA LA CONVOCANTE, INICIA EN LA PÁGINA 31 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	4.6.1.1 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO LO SON CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, IMPRESOS DE ARCHIVOS DIGITALES, TODA VEZ QUE HOY EN DÍA ESTA DOCUMENTACIÓN LA PROPORCIONA EL FABRICANTE DE MANERA ELECTRÓNICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1
5	4.6 PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA. 4.6.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE LA FECHA DE COMPRA MÁXIMA DE 5 AÑOS Y NOS PERMITA PRESENTAR FACTURA DE LOS EQUIPOS (ANALIZADORES Y BÁSICOS) A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA COMPROBAR LOS 5 AÑOS SOLICITADOS. EN EL ENTENDIDO QUE LOS EQUIPOS DESPUÉS DE FABRICADOS PUEDEN ESTAR VARIOS AÑOS SIN SER ENCENDIDOS EN EL ALMACÉN DEL FABRICANTE Y HASTA QUE SON VENDIDOS, INSTALADOS Y PUESTOS A FUNCIONAR EMPIEZA A CORRER SU VIDA ÚTIL. GARANTIZANDO ASÍ QUE LOS EQUIPOS INSTALADOS SON NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES.
6	4.6.1.3 DEL SERVICIO	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS, SERÁ ENTREGADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, A LA FIRMA DEL CONTRATO. FAVOR DE ACLARAR.	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO, EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEBERA SER PRESENTADO JUNTO CON SU PROPUESTA TECNICA.
7	4.6.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES COMERCIALIZAN A TRAVÉS DE FIGURAS JURÍDICAS COMERCIALES LEGALMENTE ESTABLECIDAS COMO FILIALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.4

87000000

00000080



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

		CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, FILIAL EN MÉXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPETO.	
8	4 .6.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	DEBIDO AL POCO TIEMPO CON EL QUE SE CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS; Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CABALMENTE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL EN MENCIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE LAS CARTAS IMPRESAS A COLOR ADJUNTANDO UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN FAVORABLE PRESENTAREMOS LAS ORIGINALES A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE PODRA PRESENTAR COPIAS SIMPLES DE LAS CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, SOLO SI SE ADJUNTA IMPRESIÓN DEL CORREO ELECTRONICO A TRAVES DEL CUAL EL FABRICANTE, ENVIA DICHA CARTA.
9	4 .6.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE INCISO B.	SOLICITAMOS QUE LA CARTA DE APOYO SOLICITADA SOLO APLIQUE PARA INSUMOS QUE SE EMPLEAN EN LOS EQUIPOS ANALIZADORES ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA
10	4.6.1.7	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE INGENIERÍA ÚNICAMENTE PARA LOS ANALIZADORES PRINCIPALES PARA REALIZAR EL SERVICIO DONDE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA
11	4.6.1.7	DERIVADO QUE EN LA ACTUALIDAD LOS FABRICANTES DE LAS MARCAS OFERTADAS CUENTAN CON INGENIEROS PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO A LOS EQUIPOS ANALIZADORES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INGRESAR INFORMACIÓN DE LOS INGENIEROS POR PARTE DEL FABRICANTE CON SU DOCUMENTAL PARA DAR MÁS SOPORTE A NUESTRA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
12	4.6.1.7. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO CUARTA VIÑETA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR HOJAS DE SERVICIO REALIZADO A INSTITUCIONES HOSPITALARIAS POR PARTE DE LOS INGENIEROS PRESENTADOS EN MI PROPUESTA, TODA VEZ QUE ES UN DOCUMENTO QUE FUNGE COMO COMPROBANTE DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y CÓMPUTO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPETO.	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE ¿A QUE TE REFIERES CON HOJAS DE SERVICIO?
13	4.6.1.7. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO CUARTA VIÑETA	SE ENTIENDE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VIÑETA DE REFERENCIA SE PODRÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA ORDEN DE SERVICIO, BITÁCORA O ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE PODRÁ PRESENTAR COPIA DE ORDEN DE SERVICIO O BITÁCORA DEBIDAMENTE MEMBRETADA DE POR LO MENOS UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA A LA CUAL SE LE HAYA PRESTADO EL SERVICIO, DONDE SE DEMUESTRE QUE EL(LOS) INGENIERO(S) Y/O TÉCNICO(S) REALIZÓ EN AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO TRES AÑOS) EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y CÓMPUTO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

38000000

00000081

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023,
PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023".

14	4.6.1.9 SOPORTE TÉCNICO	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COPIA DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO CON EL FABRICANTE DE CADA EQUIPO ANALIZADOR, BÁSICO Y DE CÓMPUTO OFERTADO, SERÁ ENTREGADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO, A LA FIRMA DEL CONTRATO. FAVOR DE ACLARAR.	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO, SE DEBERA ENTREGAR EN SU PROPUESTA TECNICA.
15	4.6.1.22 CARTA COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN	DICE: "EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A ENTREGAR UN LISTADO DONDE DESCRIBA TODOS LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE CÓMPUTO PROPUESTOS QUE SE INSTALARÁN PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE. DICHO LISTADO DEBERÁ CITAR, EL NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN, UNIDAD HOSPITALARIA A INSTALAR Y NÚMERO DE PEDIMENTO, EMITIDA O EXPEDIDA POR EL FABRICANTE. DICHA CARTA DEBRÁ DE CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE EN ORIFINAL Y DEBERÁ ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A MAS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL DESÚÉS DEL FALLO". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE 30 DÍAS A PARTIR DEL FALLO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTAS CARTAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.22
16	4.6.1.22 CARTA COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN	DICE: "EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A ENTREGAR UN LISTADO DONDE DESCRIBA TODOS LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE CÓMPUTO PROPUESTOS QUE SE INSTALARÁN PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE. DICHO LISTADO DEBERÁ CITAR, EL NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN, UNIDAD HOSPITALARIA A INSTALAR Y NÚMERO DE PEDIMENTO, EMITIDA O EXPEDIDA POR EL FABRICANTE. DICHA CARTA DEBRÁ DE CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE EN ORIFINAL Y DEBERÁ ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A MAS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL DESÚÉS DEL FALLO". SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTA SOLICITUD SOLO SEA REQUERIDA PARA LOS ANALIZADORES Y NO AL EQUIPO DE CÓMPUTO OFERTADO, EN VIRTUD QUE, ESTOS SON ADQUIRIDOS POR DISTRIBUIDORES Y NO POR FABRICANTES, LO CUAL IMPIDE OBTENER LA CARTA CON SELLOS DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE ACEPTA, SOLO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE LA CARTA SEA EMITIDA POR UN DISTRIBUIDOR PRIMARIO. SIN EMBARGO, PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS LA CARTA DEBERÁ SER EMITIDA POR EL FABRICANTE.
17	4.6.1.8 EXPERIENCIA TÉCNICOS DE SOFTWARE DE GESTIÓN	EN EL TERCER PUNTO DICE "COPIA LEGIBLE DEL CERTIFICADO, DIPLOMA O ALGIUNA OTRA CONSTANCIA DEL	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA

18000000

00000082



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

		PERSONAL EN MÍNIMO EN PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SOFTWARE COMO POR EJEMPLO JAVA Y/O UNO BLACK BELT, EL CUAL NO DEBE TENER UNA ANTOGÜEDAD MAYOR A 12 MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA." SE SOLICITA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL O SE ELIMINE EN VIRTUD QUE LIMITARÍAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, AUNADO A QUE, EL SOFTWARE OFERTADO POR MI REPRESENTADA NO OCUPA ESTOS PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO NI EN SU PROGRAMACIÓN. ¿SE ACEPTA?	
18	4.6. PROPUESTAS. 4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS ANEXOS 1.8 Y 1.9 ÚNICAMENTE SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE CUBRIREMOS CON ESTOS REQUERIMIENTOS EN BASE A CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN SOLICITADA ¿ES CORRECTO?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1
19	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA 8 INMUNOHEMATOLOGIA 8.1.2 DESCRIPCION EQUIPO AUTOMATIZADO capacidad 20 pruebas por hora	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CENTRIFUGA E INCUBADOR MANUAL Y LECTOR AUTOMATIZADO, CONSIDERANDO QUE EL VOLUMEN DE PRUEBAS ES BAJO EN ESTAS UNIDADES Y NO INTERFIERE CON EL PROCESAMIENTO Y TIEMPO DE EMISIÓN DE RESULTADOS, ASÍ COMO NO ENCARECE LA PROPUESTA ECONÓMICA ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
20	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA 8 INMUNOHEMATOLOGIA 8.3 RASTREO E IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESTOS REACTIVOS EQUIVALENTES CON PRESENTACIÓN DE ACUERDO CON MARCA OFERTADA CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL MANEJA SUS PROPIAS CARACTERÍSTICAS, PERO MISMA FUNCIONALIDAD ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
21	ANEXO 1.1 A ASIGNACION DE EQUIPOS ANALIZADORES INMUNOHEMATOLOGIA MANUAL INMUNOHEMATOLOGIA AUTOMATIZADA	CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER LA PROPUESTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE O MANEJE COMO OPCIONAL LA SOLICITUD DE CENTRIFUGA E INCUBADOR MANUAL EN LAS UNIDADES QUE ESTÁ SOLICITANDO EQUIPO AUTOMATIZADO CONSIDERANDO QUE EL VOLUMEN DE PRUEBAS SE CUBRE EFICAZMENTE CON LOS EQUIPOS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
22	ANEXO 1.1 A ASIGNACION DE EQUIPOS ANALIZADORES INMUNOHEMATOLOGIA MANUAL	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA POSITIVA SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE PROPORCIONAREMOS SERVICIO CORRECTIVO EN TIEMPO Y FORMA CON LA FINALIDAD DE QUE NO REQUIERA EQUIPO DE RESPALDO Y QUE LA UNIDAD NO PARE OPERACIÓN ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
23	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA 19.EQUIPAMIENTO BASICO OPERATIVO DE APOYO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS COMENTE SI PARA CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA BASTARA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PROPORCIONAREMOS EL EQUIPO SOLICITADO POR UNIDAD DE ACUERDO	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1

88000000

00000083



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

		CON LO SOLICITADO EN BASES ¿ES CORRECTO?	
24	ANEXO 1.8 DESGLOSE DE EQUIPOS BASICOS, INSTRUMENTAL MOBILIARIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMENTE SI PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA, BASTARA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PROPORCIONAREMOS EL EQUIPO SOLICITADO POR UNIDAD DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN BASES ¿ES CORRECTO?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1
25	ANEXO 1.9 MATERIALES INSUMOS Y REACTIVOS EXTRAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMENTE SI PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA, BASTARA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PROPORCIONAREMOS LOS MATERIALES REACTIVOS E INSUMOS EXTRAS POR UNIDAD DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN BASES ¿ES CORRECTO?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1
26	4.6.1.1. PROPUESTA TECNICA	PARA LA PROPUESTA TÉCNICA SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIA DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES, Y PARA LOS EQUIPOS BÁSICOS E INSUMOS SEA CARTA BAJO PROTESTA QUE SERÁN CONSIDERADOS DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTO DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.1
27	2. CERTIFICADOS. INCISO C. CERTIFICADOS ESPECÍFICOS A APLICAR EN EL SERVICIO	SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PRESENTARÁ COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO 15189 Y/O NMX-EC-15189-IMNC-2008 DEL LABORATORIO A SUBCONTRATAR PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE BANCO DE SANGRE. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA
28	4.6.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO	SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PRESENTARA LA CARTA DE ALGÚN LABORATORIO PARA SUBROGAR LAS PRUEBAS DE BANCO DE SANGRE, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA
29	4.6.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS QUE LA CARTA DE APOYO SOLICITADA PUEDA SER DEL FABRICANTE, FILIAL EN MÉXICO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y APLIQUE SOLO PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA
30	4.6.1.1.4 FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE EQUIPOS.	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE AMPLÍE EL TIEMPO DE FORMATO DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS A 60 DÍAS NATURALES, YA QUE AL SOLICITAR LA ENTREGA AL TERCER DÍA NATURAL SE FAVORECE SOLAMENTE AL PROVEEDOR ACTUAL QUE ES QUIEN CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA, NO EXISTE EL PUNTO 4.6.1.1.4.
31	SEROLOGÍA, 1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
32	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1.2.1 SEROLOGÍA PARA VIH	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO CON SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA DE BANCO DE SANGRE. UNA	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES

88000000

00000084



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

		VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	
45	6.1.1 ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA PRESENTAR MÁQUINA DE AFÉRESIS PARA OBTENCIÓN HEMATÍES, PLASMA Y HEMATÍES LEUCORREDUCIDOS, TAMAÑO COMPACTO DE FÁCIL TRANSPORTE, UNIPUNCIÓN Y FLUJO CONTINUO. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
46	9 PRUEBAS ESPECIALES	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO AL PODER SUBROGARSE LAS MUESTRAS SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS SE CUMPLIRÁ CON DICHO PUNTO. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
47	10 CONTROL DE CALIDAD	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE INDIQUE QUE, DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE CUMPLIRÁ CON DICHO PUNTO. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
48	10.2 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DETERMINACIONES SEROLÓGICAS	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE INDIQUE QUE, DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE CUMPLIRÁ CON DICHO PUNTO. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
49	10.3 CONTROL MICROBIOLÓGICO	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE INDIQUE QUE, DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE CUMPLIRÁ CON DICHO PUNTO. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
50	16 CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SOLICITAMOS QUE EL CALENDARIO SE PRESENTE SOLO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA
51	19 EQUIPAMIENTO BÁSICO OPERATIVO DE APOYO	ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE SOLO ES NECESARIO PRESENTAR EL LISTADO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE APOYO MEDIANTE UNA CARTA BAJO PROTESTA QUE INDIQUE QUE SERÁ CONSIDERADO PARA ENTREGA / INSTALACIÓN DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACION
52	ANEXO 1.9	SOLICITAMOS QUE, PARA LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS COMO ALCOHOL, ETC., TOMA DE MUESTRA, MATERIAL DE LABORATORIO, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA INDICANDO QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS SE CONSIDERARÁN PARA ENTREGA. ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA
53	11 SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS)	DICE: "CAPACIDAD DE CENTRALIZAR LA INFORMACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS DISPONIBLES EN LOS SERVICIOS DE SANGRE EN UNA BASE DE DATOS, CENTRALIZAR EN DICHA BASE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMITIR LOS DATOS QUE PERMITAN GENERAR EL INFORME DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE GENERAR SOLICITUDES DE COMPONENTES SANGUÍNEOS." PREGUNTA:	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE EMITIR UNA TABLA CON LOS DATOS DE EXISTENCIAS DE COMPONENTES SANGUÍNEOS DE LA UNIDAD Y A LA VEZ DEBERÁ CONJUNTAR DICHA INFORMACIÓN, ENVIÁNDOLA POR CORREO ELECTRÓNICO O EN UNA PAGINA WEB CON CLAVE DE USUARIO SI ES POR ESTE MEDIO, PARA SER CONSULTADA DIARIAMENTE. DEBERÁ DE TENER LA CAPACIDAD DE EXTRAER LA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD PARA EL LLENADO CORRECTO

02000000

00000085



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

		SENSIBILIDAD 99.5% Y UNA ESPECIFICIDAD 99%. ¿SE ACEPTA?	
33	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1.2.1 SEROLOGÍA PARA VIH	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR VOLUMEN DE MUESTRA PARA LA PRUEBA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
34	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1.2.2 SEROLOGÍA PARA HEPATITIS C	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA HEPATITIS C, PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CON UNA SENSIBILIDAD 99.5% Y ESPECIFICIDAD 99%, Y CON VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
35	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1.2.3 SEROLOGÍA PARA HBSAG	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA PRUEBA DE HEPATITIS B, CON SENSIBILIDAD 99.5 % Y ESPECIFICIDAD 99.0 Y EMPLEE VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
36	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1.2.4 SEROLOGÍA PARA HEPATITIS B CORE	SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR REACTIVO CON SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 99.0 Y SE EMPLEE VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
37	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1.2.5 SEROLOGÍA PARA SIFILIS	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA PRUEBA DE SÍFILIS PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CON SENSIBILIDAD U ESPECIFICIDAD 99.0 Y EMPLEE VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
38	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1.2.6 SEROLOGÍA PARA CHAGAS	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO CON SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 99% Y SE EMPLEE VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
39	SEROLOGÍA 1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EQUIPO CON ARRASTRE DE PIPETA DE MUESTRA ≤ 0.1 PARTES POR MILLÓN, CON VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
40	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.2.2.1 SEROLOGÍA PARA VIH	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR VOLUMEN DE MUESTRA PARA LA PRUEBA HASTA 250 MICROLITROS, Y CON SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA DE BANCO DE SANGRE, SENSIBILIDAD 99.5% Y UNA ESPECIFICIDAD 99%. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
41	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.2.2.2 SEROLOGÍA PARA HEPATITIS C	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA HEPATITIS C, PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CON UNA SENSIBILIDAD 9.5% Y ESPECIFICIDAD 9%, Y CON VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
42	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.2.2.3 SEROLOGÍA PARA HBSAG	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA PRUEBA DE HEPATITIS B, CON SENSIBILIDAD 99.5 % Y ESPECIFICIDAD 99.0 Y EMPLEE VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
43	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1.2.4 SEROLOGÍA PARA SIFILIS	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA PRUEBA DE SÍFILIS PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CON SENSIBILIDAD U ESPECIFICIDAD 99.0 Y EMPLEE VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 250 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES
44	SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1.2.5 SEROLOGÍA PARA CHAGAS	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO CON SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 99% Y SE EMPLEE	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A BASES

28000000

00000086

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

		¿ESTE REPORTE SE REFIERE AL INFORME QUE DEBE DE ENVIARSE MENSUALMENTE A EL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE CADA SERVICIO DE SANGRE? FAVOR DE ACLARAR.	Y OPORTUNO DE LOS INFORMES DEL CNTS-A, CNTS-B Y CNTS-C
54	11 SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS)	DICE: "CAPACIDAD DE CENTRALIZAR LA INFORMACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS DISPONIBLES EN LOS SERVICIOS DE SANGRE EN UNA BASE DE DATOS, CENTRALIZAR EN DICHA BASE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMITIR LOS DATOS QUE PERMITAN GENERAR EL INFORME DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE GENERAR SOLICITUDES DE COMPONENTES SANGUÍNEOS." LA PARTE DEL TEXTO "TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE GENERAR SOLICITUDES DE COMPONENTES SANGUÍNEOS" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA HOSPITALARIO ACTUAL (SAIMH) CON LA FINALIDAD DE EVITAR ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN Y MANTENER LA TRAZABILIDAD DEL PROCESO ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE SE ACEPTA
55	11.1.6 CONSULTA, LISTADO, ESTADÍSTICA E IMPRESIÓN DE REPORTES GENERAL E INDIVIDUAL	EN EL PUNTO QUE DICE: STOCK DE COMPONENTES. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL STOCK DEBERÁ EMITIR LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA PODER HACER EL LLENADO DEL INFORME DEL CNTS CON LA FINALIDAD DE QUE EL USUARIO PUEDA EXTRAER LA INFORMACIÓN DE UNA FORMA MÁS SENCILLA ¿ES CORRECTO?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE ENTIÉNDASE EN DOS PARTES: - COMPONENTES SANGUÍNEAS EXISTENTES - MOVIMIENTO DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS, PARA EL LLENADO Y VACIADO DE INFORMACIÓN EN LOS INFORMES DEL CNTS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

PHARMACUR, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.6.1. PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE PREANALÍTICA PERMITA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS INSUMOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES ¿SE ACEPTA?	EL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LOS SOLICITADO EN BASES.
2	4.5.1. INCISO Q	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR DICHO ANEXO CON LA LEYENDA EN MARCA DE AGUA NO APLICA TODA VEZ QUE MI REPRESENTADA NO PERTENECE A DICHA ESTRATIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE PARA EL CASO DE NO ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO SEÑALADO EN EL ANEXO 25 PODRÁ SEÑALAR QUE NO LE APLICA, SIN EMBARGO, DEBERÁ SEÑALAR SI SU RANGO DE EMPRESA SE CLASIFICA COMO "GRANDE" U "OTRA" ASÍ COMO EL NUMERO DE EMPLEADOS PUDIENDOLO HACER EN EL MISMO FORMATO DEL ANEXO 25.

III. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE RESPONDIERON **NO** TENER ALGUNO.

00000000

00000087



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

- IV. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
- V. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS LICITANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A **LA CONVOCANTE** ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES CUANDO ESTIME CONVENIENTE.
- VI. **LA CONVOCANTE** COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **23 DE DICIEMBRE DE 2022**, A LAS **17:30 HORAS** EN ESTA MISMA SALA.
- VII. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **19:20 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	DRA. KEREN HAPPUCH MARTÍNEZ ISLAS ENCARGADA DE LA COORDINACION DE SERVICIO DE SANGRE	
	Q.B.P. ARMANDO ESTRADA AGUILAR REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRIGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	MTRA. MARÍA TERESA NOHEMÍ BUENDÍA ELIZALDE REPRESENTANTE	

78000000

00000088



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2023,
PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023".

POR LOS LICITANTES

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE	FIRMA
GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	CESAR EDUARDO ROSAS FONSECA	
BIODIST, S.A. DE C.V.	ISRAEL GOYTIA SIL	
PHARMACUR, S.A. DE C.V.	VICTOR MEDINA MARTÍNEZ	
COMERLAT, S.A. DE C.V.	LUIS ANDRÉS RAMOS LÓPEZ	
LABORATORIOS LICON, S.A.	MARÍA ELENA TREJO ROJO	

00000089