



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL 2023, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE SU REGLAMENTO, **NANCY MOLINA MARTINEZ**, SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023", HACIENDO CONSTAR LO SIGUIENTES: -----

HECHOS

POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: -----

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRA. EMMA LUZ LOPEZ JUAREZ REPRESENTANTE
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	ING. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ GARCÍA REPRESENTANTE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTOS	LIC. NANCY MOLINA MARTINEZ
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. ARIANA GALICIA MARTINEZ

DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE
AXEL INSTRUMENTS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	RAFAEL OLVERA AGUILAR
SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A DE C.V.	JAZMÍN ARELI DELGADO MEDINA
SERVICIOS INTEGRALES EN EQUIPO MEDICO, S.A DE C.V.	ABEL PACHECO RIVERA
PAK BIOMEDLAND TECH CARES S.A DE C.V.	JORGE A. MONTAÑO E.
INSTRUMENTO BIOMEDICO DE MÉXICO, S.A DE C.V.	JOSÉ DAVID GRAPIA GONZÁLEZ
INGENIERIA Y SISTEMAS PROFESIONALES KYOL S.A DE C.V.	CARLOS RICARDO MARISCAL SANDOVAL
9 ONCE DISTRIBUIDORA S.A DE C.V	CARLOS DANIEL ARELLANO GÓMEZ
SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES S.A DE C.V.	MARIANA CRUZ ROMERO
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SALUD S.A DE C.V.	ANAY LÓPEZ VERA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

HOSPITIUM SOLUTIONS S.A DE C.V	LUIS ROBERTO DE LUNA RODRÍGUEZ
SOLUCIONES Y EQUIPOS MÉDICOS RIED, S.A DE C.V.	JESSICA D. CRUZ GONZÁLEZ
ACCUTECH S.A DE C.V.	CARLOS M. ALCALÁ RIVERA
IG INNOVACIONES BIOMÉDICA S.A DE C.V	IRMA CONDE LORA
INGENIERÍA SUSTENTABLE EN MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	ALEJANDRO AVILA LU
JOSÉ E. NIEVES RODRÍGUEZ	JOSÉ E. NIEVES RODRÍGUEZ
ASESORÍA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMÉDICO S.A DE C.V.	HILDA LETICIA MORALES GALÁN
BIOMÉDICA RAROCH, S.A DE C.V.	RODRIGO ARIAS HUESCA
SIX MED S.A DE C.V.	GERMAN BOJORQUEZ SEGOVIA SALGADO
ADG MEDICAL S.A DE C.V.	JOSÉ ANIBAL ROMERO ROMERO
PLURI SERVICIOS BIOMEDICOS S.A DE C.V.	MARÍA GABRIELA CRUZ

PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

1. SE HACE LA PRECISIÓN QUE EL NUMERO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023", ES EL CORRESPONDIENTE A "LPN 30001122-023-2023". -----
2. SE HACE LA PRECISION QUE EN EL NUMERAL 4.3.1 "ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL", DE ACUERDO AL CONSECUTIVO ALFABETICO, EL INCISO I), NO HACE REFERENCIA A NINGUN SUPUESTO O REQUERIMIENTO.
3. ...
4. ...

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE INFORMA QUE POR PARTE DE LA CONVOCATE NO EXISTEN MÁS PRECISIONES A LAS BASES. ASI MISMO, SE SEÑALA QUE SE RECIBIERON CUESTIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS LICITANTES VIA ELECTRÓNICA Y DE FORMA FÍSICA. -----

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, Y PARA TAL FIN, LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: -----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

9 ONCE DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA</p> <p>G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3 (PAG261), "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO), CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE:</p> <p>IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, IMPUESTO SOBRE NÓMINA, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DERECHOS SOBRE SUMINISTRO DE AGUA, (EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO).</p> <p>LAS CONSTANCIAS DEBEN SER ACREDITADAS CON EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL LICITANTE.</p> <p>EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE EN TRÁMITE SÓLO BASTARÁ PRESENTAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, EL ACUSE DE TRÁMITE EN ORIGINAL Y COPIA, REALIZADO ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE, O DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO OBLIGATORIO PRESENTAR DE SER EL CASO PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, LA CONSTANCIA DE ADEUDO RESPECTIVA</p> <p>NO SE ACEPTARÁN CERTIFICACIONES DE PAGOS DE LOS IMPUESTOS ANTES MENCIONADOS PARA EL CASO DE LAS CONSTANCIAS DE ADEUDO RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y/O PREDIAL, LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS MISMAS DEBERÁ SE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PARA LAS DEMÁS CONSTANCIAS, LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEBE SER NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES A LA FECHA DE INICIO DE LA PRESENTE LICITACIÓN</p>	<p>DEBEMOS DE ENTENDER QUE, SI NUESTRA REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CDMX, ES DECIR ES FORÁNEA ESTE PUNTO NO NOS APLICA Y SOLO DEBEMOS PRESENTAR EL FORMATO ANEXO 4</p> <p>¿ES CORRECTO?</p> <p>EN CASO DE QUE SEA CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, ¿DEBEMOS SOLO DE OMITIR ESTE PUNTO Y EL ANEXO 3 O DEBEMOS DE PRESENTAR UNA CARTA DONDE MANIFESTEMOS QUE LO ANTERIOR NO NOS APLICA? FAVOR DE ACLARAR</p> <p>EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRE FUERA DE LA CDMX ¿DEBEMOS DE PRESENTAR LOS IMPUESTOS QUE NOS CORRESPONDAN SEGÚN LA ENTIDAD A LA PERTENECEMOS?</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS.</p> <p>EN CASO QUE SU REPRESENTADA ESTE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PODRÁ PRESENTAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES SEGÚN LE APLIQUEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
2	4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022 LAS OPINIONES REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LA VIGENCIA A SU DOCUMENTO ES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	<p>M) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.</p>	<p>OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENEN SOLO VIGENCIA DE UN DÍA (ES DECIR DEL DÍA DE EMISIÓN) DEBIDO A QUE LA LICITACIÓN ES PRESENCIAL Y SU FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN ES 18 DE ENERO DE 2023 A LAS 9:30 HORAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR LA OPINIÓN REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PROCEDENTE, TODA VEZ QUE, DA CUMPLIMIENTO AL PERIODO COMPRENDIDO EN EL SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.3 INCISO M.</p>
<p>3</p>	<p>4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. A. A TRAVÉS DEL ANEXO 3 (PAGS 261-262), DE ESTAS BASES, EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA CUMPLIDO DEBIDAMENTE CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 8.2, 8.3 Y 8.4 DE LA CIRCULAR CONTRALORÍA GENERAL PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA; EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y LA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE AUSTRIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL EJERCICIO DE RECURSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS CINCO EJERCICIOS A LA FECHA, SEÑALANDO EN DICHO ANEXO LAS OBLIGACIONES QUE LE SON APLICABLES Y LAS QUE NO LE APLICAN. PARA EL CASO DE QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR CONSIGUIENTE NO LE APLIQUEN LOS IMPUESTOS REFERIDOS EN LOS ANEXOS 3 Y 4, EL LICITANTE DEBERÁ REQUISITAR OBLIGATORIAMENTE EL ANEXO 4, SEÑALANDO BREVEMENTE EL MOTIVO POR EL CUAL NO LE APLICAN.</p>	<p>DEBEMOS DE ENTENDER QUE, SI NUESTRA REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CDMX, ES DECIR ES FORÁNEA ESTE PUNTO NO NOS APLICA Y SOLO DEBEMOS PRESENTAR EL FORMATO ANEXO 4 ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE DA ATENCIÓN REITERANDO LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NUMERO 1 (LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS).</p>
<p>4</p>	<p>4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL B. SI LA CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES O LAS OBLIGACIONES FORMALES, ES MENOR A 5 (CINCO) AÑOS, DEBERÁ VERIFICARSE SU CUMPLIMIENTO A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL SE GENERARON. PARA EL CASO DE QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ REQUISITAR OBLIGATORIAMENTE DICHO ANEXO.</p>	<p>¿A QUE ANEXO SE REFIERE QUE DEBEMOS REQUISITAR OBLIGATORIAMENTE?</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE DA ATENCIÓN REITERANDO LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NUMERO 1 (DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS).</p>

[Vertical list of handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten initials and signatures at the bottom left]

[Large handwritten mark resembling a stylized 'X' or '4' at the bottom center]

[Handwritten mark at the bottom right]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

5	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL C. "LOS LICITANTES" QUE NO ESTÉN SUJETOS A ALGUNA O ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL INCISO ANTERIOR, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE MANERA BREVE, LAS RAZONES POR LAS QUE NO LE APLICA DICHS IMPUESTOS DE ACUERDO AL ANEXO 4 (PAG 263).	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRE FUERA DE LA CDMX ¿DEBEMOS DE PRESENTAR LOS IMPUESTOS QUE NOS CORRESPONDAN SEGÚN LA ENTIDAD A LA PERTENECEMOS?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE DA ATENCIÓN REITERANDO LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NUMERO 1 (DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS).
6	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL D. EN EL SUPUESTO, DE QUE EL INMUEBLE EN EL QUE RESIDE EL DOMICILIO FISCAL DE LICITANTE, NO SEA DE SU PROPIEDAD Y POR ELLO, NO ESTE SUJETO A ALGUNA CONTRIBUCIÓN REFERIDA EN EL ANEXO 3(PAGS 261-262). (OBLIGACIONES FISCALES), ADICIONALMENTE AL ESCRITO DE ESTE INCISO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DEL INSTRUMENTO LEGAL, VIGENTE LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, MEDIANTE EL QUE ACREDITE DICHO SUPUESTO. EN CASO DE CONTAR CON VEHÍCULOS ARRENDADOS O EN COMODATO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS.	DEBEMOS DE ENTENDER QUE EN CASO DE QUE EL INMUEBLE DONDE RESIDE MI REPRESENTADA NO SEA DE NUESTRA PROPIEDAD DEBEMOS DE PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL MISMO ¿ES CORRECTO? PARA EL CASO DE LOS QUE NO RESIDIMOS EN LA CDMX Y LOS VEHÍCULOS SEAN DE NUESTRA PROPIEDAD, ¿QUE DOCUMENTO REQUIEREN QUE PRENTEMOS? FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERÁ DE PRESENTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN ORIGINAL Y COPIA, Y REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4. SI SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DE NO APLICA DE ACUERDO AL ANEXO 4, NO TENDRÁ QUE PRESENTAR NINGÚN DOCUMENTO, EN SU DEFECTO DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN NUMERAL 4.3.1. INCISO D ULTIMO PARRAFO.)
7	ANEXO 3 Y 4	EN CASO DE QUE NUESTRA REPRESENTADA NO RESIDA EN LA CDMX SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE DEBEMOS DE PRESENTAR PARA LOS PUNTOS IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SI SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DE NO APLICA DE ACUERDO AL ANEXO 4, NO TENDRÁ QUE PRESENTAR NINGÚN DOCUMENTO, EN SU DEFECTO DEBERÁ APEGARSE A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3.1. EN LOS ANEXOS 3 Y 4.
8	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO I)	EL INCISO I VIENE VACÍO, DEBEMOS DE ENTENDER QUE ES ASÍ Y NO HAY NADA EN ESE INCISO ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SU PREGUNTA SE ATIENDE CON LA PRECISION NUMERO DOS DE LA CONVOCANTE.
9	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO T). SOLO EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA ANEXO 27	MI REPRESENTADA NO PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA POR LO QUE DEBEMOS DE OMITIR ESTE INCISO Y EL ANEXO 27 O PONER UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO QUE NO PARTICIPAMOS DE ESTA MANERA Y ESTE INCISO Y ANEXO 27 NO NOS APLICA FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, ES CORRECTO, SOLO EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA SE DEBRA INCLUIR.
10	1.2. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 3. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON UN ÁREA DE SERVICIO DE POR LO MENOS 24 M2, MISMO QUE SERÁ COMPROBADO DURANTE LA VISITA FÍSICA A SUS INSTALACIONES, EL NO CONTAR CON ESTA ÁREA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 6. COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE COMO SE REALIZARA ESTA VISITA A NUESTRAS INSTALACIONES	EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL PROVEEDOR ANEXARA LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LA EVIDENCIA QUE CONSIDERE NECESARIA PARA COMPROBAR QUE CUENTA CON UN AREA DE SERVICIO DE 24M ² Y LA SECRETARÍA PODRA VISITAR ALEATORIAMENTE LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES,



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	SECRETARIA DE SALUD PODRÁ REALIZAR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES CON EL FIN DE EVALUAR SU CAPACIDAD TÉCNICA.		
11	4.4.1 PROPUESTA TÉCNICA DICE: "LA PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO 19"	EL ANEXO 19 ES EL FORMATO PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBEMOS DE ENTENDER QUE DEBE DE DECIR ANEXO 18 ¿ES CORRECTO?	Es correcto
12	ANEXO 18 PROPUESTA TÉCNICA	EN EL ANEXO 18 NOS SOLICITAN LA CLAVE CABMS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES YA QUE EN EL ANEXO 1 NO VIENE DICHA CLAVE FAVOR DE ACLARAR	OMITIR CLAVE CABMS
13	ANEXO 18 PROPUESTA TÉCNICA DESCRIPCIÓN	EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN VA LA DESCRIPCIÓN CONFORME AL ANEXO 1 EJEMPLO: BATERÍA DE MEMORIA BATERÍA DE RESPALDO ETC... ¿ES CORRECTO?	Es correcto
14	ANEXO 18 PROPUESTA TÉCNICA UNIDAD DE MEDIDA	EN LA COLUMNA DE UNIDAD DE MEDIDA TODO LLEVA SERVICIO, COMO LO INDICA EL ANEXO 1 ¿ES CORRECTO?	Es correcto
15	ANEXO 18 PROPUESTA TÉCNICA CANTIDAD REFERENCIAL	EN LA COLUMNA DE CANTIDAD REFERENCIAL TODO LLEVA 1, COMO LO INDICA EL ANEXO 1 ¿ES CORRECTO?	Es correcto
16	ANEXO 18 PROPUESTA TÉCNICA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTA	PARA LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTA, SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MANERA EN LA QUE SE DEBE DE LLENAR ESTA COLUMNA FAVOR DE ACLARAR	SE REFIERE A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DEL ANEXO 1
17	ANEXO 18 PROPUESTA TÉCNICA OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR (INDISPENSABLE ADJUNTAR PÁGINA DEL ACTA Y SUBRAYAR CON MARCA TEXTO EL PUNTO REFERIDO, EN CASO DE MENCIONAR LA JUNTA DE ACLARACIONES)	ENTENDEMOS QUE, EN LA COLUMNA DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR, SOLO DEBEMOS DE ANOTAR LOS CAMBIOS QUE SE GENEREN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES MENCIONANDO LA PÁGINA Y ANEXANDO COPIA DE LA MISMA, SUBRAYANDO CON MARCA TEXTOS EL PUNTO QUE HACE MENCIÓN DEL CAMBIO ¿ES CORRECTO? EN CASO DE REFERIRSE A OTRA COSA SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE TIPO DE OBSERVACIONES DEBEMOS DE PLASMAR FAVOR DE ACLARAR EN CASO DE QUE TODO EL ANEXO 1 CAMBIE POR MODIFICACIONES DE LA CONVOCANTE, DEBEMOS DE ANEXAR TODAS LAS PÁGINAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DONDE PLASMEN EL NUEVO ANEXO 1 FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTO
18	ANEXO 18 PROPUESTA TÉCNICA	EL ANEXO 18 NO CUENTA CON COLUMNA PARA PONER A QUE	DEBERA TOMARSE EL MODELO DEL ANEXO 1, INDICANDO EL TOTAL POR PARTIDA.

a-



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		PARTIDA PERTENECEN CADA UNO DE LOS RENGLONES SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE PARTE PONEMOS A CUÁL DE LAS 31 PARTIDAS PERTENECEN LOS RENGLONES QUE ESTAMOS COTIZANDO FAVOR DE ACLARAR	
19	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	ENTENDEMOS QUE EL ANEXO 1 ES SOLO INFORMATIVO, CON EL FIN DE CONOCER LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE Y NO ES NECESARIO ANEXARLO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ¿ES CORRECTO?	EL ANEXO 1 DEBE PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA Y DEBE COTIZARSE CADA SERVICIO COMO PARTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA
20	ANEXO 19 PROPUESTA ECONÓMICA	NOS SOLICITAN LA CLAVE CABMS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES YA QUE EN EL ANEXO 1 NO VIENE DICHA CLAVE FAVOR DE ACLARAR	OMITIR CLAVE CABMS
21	ANEXO 19 PROPUESTA ECONÓMICA	EL ANEXO 19 NO CUENTA CON COLUMNA PARA PONER A QUE PARTIDA PERTENECEN CADA UNO DE LOS RENGLONES SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE PARTE PONEMOS A CUÁL DE LAS 31 PARTIDAS PERTENECEN LOS RENGLONES QUE ESTAMOS COTIZANDO FAVOR DE ACLARAR	DEBERA TOMARSE EL MODELO DEL ANEXO 1, INDICANDO EL TOTAL POR PARTIDA.
22	ANEXO 20 FORMATO PARA LA PROPUESTA DE PRECIOS MÁS BAJOS. ANEXO 22 REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES. ANEXO 26 CLÁUSULAS NO NEGOCIABLES.	DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS ANEXOS ANEXO 20 FORMATO PARA LA PROPUESTA DE PRECIOS MÁS BAJOS, ANEXO 22 REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y ANEXO 26 CLÁUSULAS NO NEGOCIABLES, SON INFORMATIVOS Y NO FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA DE LA PRESENTE LICITACIÓN ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL ANEXO 20 ES PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIN EMBARGO, ES UNA UN ANEXO QUE SE OTORGA EN LA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS (FALLO). EL ANEXO 22 FORMA PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIN EMBARGO, SE DEBERÁ RESQUITAR CUANDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO PRESENTE SUS FACTURAS Y EL ANEXO 26 FORMA PARTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SI SE DEBE PRESENTAR.
23	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y FALLO	SOLCITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y FALLO, DEBE SE ASISTIR EL REPRESENTANTE LEGAL O PUEDE ALGUIEN MAS PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y ASISTIR A LOS EVENTOS SIEMPRE QUE SE ACREDITE CON UNA CARTA PODER SIMPLE OTORGADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL FAVOR DE ACLARAR	PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS NO ES NECESARIO QUE QUIEN LAS PRESENTE CUENTE CON LOS PODERES DE REPRESENTACIÓN, Y BASTARÁ CON QUE EXHIBA UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. EN ESE SENTIDO DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LAS PROPUESTAS TENDRÁ QUE INCLUIRSE EN ORIGINAL IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN FIRMA LAS PROPUESTAS, ASI COMO LAS ACTAS CONSTITUTIVAS, PODER NOTARIAL DE SER EL CASO, Y LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3 DE LA BASES
24	4.2 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS.	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PODEMOS PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y/O RECOPIADORES TIPO LEFORT FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS. SIN EMBARGO DEBERÁ DE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DE NO SER ASÍ, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.1 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO PRESENTAR LOS ESCRITOS Y ANEXOS SOLICITADOS EN HOJAS MEMBRETADAS CON TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, EXENTANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE PROVIENE DE UN ORIGINAL COMO ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL, OPINIONES DE CUMPLIMIENTO, COMPROBANTE DE DOMICILIO, ETC. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NUMERAL 4.1.
2	4.1 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS INCISOS E Y F	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE TODA LA PROPUESTA SERÁ RUBRICADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA FÍSICA LICITANTE; Y LA FIRMA DEL MISMO SERÁ ÚNICAMENTE EN LOS DOCUMENTOS QUE ASI LO SOLICITEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y SERÁ EN APEGO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1.
3	4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO G) 4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO A, B, C Y D	EN EL ENTENDIDO QUE EN AMBOS NUMERALES SE REFIERE AL "ANEXO 3 CONSTANCIA DE ADEUDOS". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL "ANEXO 4 MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR SUJETO A OBLIGACIONES FISCALES", EN CASO DE APLICAR ACOMPAÑARÁ AL ANEXO 3 EN EL INCISO G) DEL NUMERAL 4.3 TODA VEZ QUE MENCIONAN LAS RAZONES DEL POR QUÉ NO LE APLICAN DICHAS OBLIGACIONES, DE IGUAL FORMA EN CASO DE APLICAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL INCISO D DEL NUMERAL 4.3.1 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 Y EN CASO DE APLICAR SE TENDRÁ QUE MANIFESTAR CONFORME A LO REQUISITOS SOLICITADOS EN EL INCISO G).
4	4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL	EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL NUMERAL 4.3 DICE "LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PRESENTE NUMERAL (INCISOS "A" AL "M"), DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DEL SOBRE ÚNICO CERRADO (CAJA, PAQUETE, ETC.), EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE, DE FORMA IMPRESA, ESCANEADA Y COMPLETA (EN FORMATO PDF) EN CD O DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (USB), LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PRESENTADA SERÁ DEVUELTA AL TÉRMINO DE SU REVISIÓN."	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE PARA EL PROCEDIMIENTO DEBERÁ ESTAR INTEGRADA EN UN SOLO SOBRE ÚNICO.

[Handwritten mark]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 4.3.1 QUE INCLUYEN LOS INCISOS "A" AL "U", SERÁN PRESENTADOS EN UN SOBRE SEPARADO. FAVOR DE ACLARAR	
5	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO I.	ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE INCISO NO CONTENE TEXTO NI REQUERIMIENTO ALGUNO. FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SU PREGUNTA SE ATIENDE CON LA PRECISIÓN NÚMERO 2 AL INICIO DEL ACTO SIGNADA POR LA CONVOCANTE .
6	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO T.	EN CASO DE NO PARTICIPAR DE FORMA CONJUNTA, ES CORRECTO ÚNICAMENTE PRESENTAR EL ANEXO 27 MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA LEYENDA "NO APLICA" FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, ES CORRECTO, SOLO EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA SE DEBERÁ INCLUIR.
7	4.4.1 PROPUESTA TÉCNICA	EN EL ENTENDIDO QUE POR ERROR HUMANO SE MENCIONA EN ESTE NUMERAL EL ANEXO 19 PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, DEBIENDO SER ANEXO 18. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTO
8	ANEXO 18 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUÉ SE REFIERE CON LO SOLICITADO EN LA COLUMNA "CLAVE CABMS" O DÓNDE PODREMOS ENCONTRAR ESTA INFORMACIÓN. • EN LA COLUMNA "CANTIDAD REFERENCIAL" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES DE EQUIPOS CADA UNO DE LAS PARTIDAS, TODA VEZ QUE EN EL ANEXO 1.1 NO SE ENCUENTRAN. • EN EL MISMO SENTIDO SOLICITAMOS NOS INDIQUE SI EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTA" SE TENDRÁ QUE COLOCAR LOS MISMOS CONCEPTOS Y/O LAS MEJORAS QUE PROPONE EL LICITANTE ¿ES CORRECTO? • EN LA COLUMNA "OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR" ESTA ES ÚNICAMENTE PARA USO DE LA CONVOCANTE. FAVOR DE ACLARAR	OMITIR CLAVE CABMS EN CANTIDAD REFERENCIAL. OMITIR ESTE PUNTO. DEBERA COLOCAR LOS MISMOS CONCEPTOS QUE EN EL ANEXO 1, TAAL CUAL APARECE. OMITIR LA COLUMNA OBSERVACIONES.
9	4.4.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 19	• SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUÉ SE REFIERE CON LO SOLICITADO EN LA COLUMNA "CLAVE CABMS" O DÓNDE PODREMOS ENCONTRAR ESTA INFORMACIÓN. • EN LA COLUMNA "CANTIDAD REFERENCIAL" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES DE EQUIPOS CADA UNO DE LAS PARTIDAS, TODA	OMITIR CLAVE CABMS, OMITIR CANTIDAD REFERENCIAL,



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		VEZ QUE EN EL ANEXO 1.1 NO SE ENCUENTRAN. EN EL RECUADRO QUE DICE "PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO A EJERCER CON IVA INCLUIDO (10%) Y PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO A EJERCER CON IVA INCLUIDO (100%)" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTOS IMPORTES SERÁN DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS DE CADA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
10	ANEXO 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 19.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LAS ÓRDENES DE SERVICIO DEBERÁN SER ENTREGADAS POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO O CADA EMPRESA LLEVARÁ SU FORMATO DE ÓRDEN DE SERVICIO. FAVOR DE ACLARAR	LAS ÓRDENES DE SERVICIO SERÁN ENTREGADAS POR LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO A LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS.
11	ANEXO 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 19.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SOLICITADA SERÁ ENTREGADA EN FORMATO LIBRE. FAVOR DE ACLARAR.	EN FORMATO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR
12	ANEXO 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 3.	PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ES CORRECTO PRESENTAR ESCRITO DONDE SE REFIERE EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE SERVICIO TÉCNICO, YA QUE EL DOMICILIO FISCAL ÚNICAMENTE SON OFICINAS CORPORATIVAS. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTO

INSTRUMENTO BIOMEDICO DE MEXICO, SA DE CV PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.4.1 PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA SIGUIENTE DUDA: EN EL ANEXO 1 SE MENCIONA TARJETA PCB PANTALLA, EL EQUIPO NO CUENTA CON PANTALLA. EN ESE CASO ¿LA CELDA DE PRECIO UNITARIO SE LLENA CON \$0 Ó CON N/A (NO APLICA)?	CON CERO
2	4.4.2 PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 19	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA SIGUIENTE PREGUNTA: EN EL ANEXO 19, SOLICITA CLAVE CABMS. ¿CUÁL ES EL NÚMERO QUE CORRESPONDE A DICHA CLAVE?	OMITIR CLAVE CABMS

EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA S.A. DE C. V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

1	3.2 DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 3.3 DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	SE ENTIENDE QUE SON DOS FIANZAS EN EL PUNTO 3.2 ES PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA Y EN EL PUNTO 3.3 ES UNA VEZ ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	4.2 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS	DICE: PARA UN MEJOR CONTROL Y AGILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA DE MANERA CONSECUTIVA O POR PROPUESTA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA) LO SEÑALADO EN ESTE PÁRRAFO, ES CON OBJETO DE UNA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y NO TENDRÁ FINES DE DESCALIFICACIÓN. SE ENTIENDE QUE LA FALTA LE FOLIO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	DICE: INCISO G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3, "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO), CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE: IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, IMPUESTO SOBRE NÓMINA, IMPUESTO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DERECHOS SOBRE SUMINISTRO DE AGUA, (EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLO DEBEMOS PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN A MI REPRESENTADA.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 Y EN CASO DE APLICAR SE TENDRÁ QUE MANIFESTAR CONFORME A LO REQUISITOS SOLICITADOS EN EL INCISO G), NUMERAL 4.3 DDOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACIÓN?	
4	1.2. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO.	DICE: 1. EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS PROVEEDORES DEBERÁN COMPROBAR UNA EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 3 AÑOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS COTIZADAS, EXPERIENCIA QUE DEBERÁN COMPROBAR CON CURRICULAR DE LA EMPRESA, INDICANDO LOS CLIENTES A QUIEN LE HAN PROPORCIONADO SERVICIOS, CON NOMBRE DEL CONTACTO Y NÚMERO TELEFÓNICO PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN. ¿ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO PODREMOS PRESENTAR CURRICULUM DE PERSONAL DEL CON EXPERENCIA DE 3 AÑOS ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, ADICIONALMENTE DEBERA PRESENTAR CURRICULAR DE LA EMPRESA, INDICANDO LOS CLIENTES A QUIEN LE HAN PROPORCIONADO SERVICIOS, CON NOMBRE DEL CONTACTO Y NÚMERO TELEFÓNICO PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN.
5	4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISOS H, I,J,K L,M	ENTENDEMOS QUE TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A ESTOS INCISOS QUE SE GENERAN A TRAVÉS DE UN PORTAL EN LÍNEA SE DEREBERÁN IMPRIMIR Y ESTOS SERÁN TOMADOS COMO ORIGINALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, DEBERÁ DE PRESENTAR DOS TANTOS, UNO QUE FUNGIRÁ COMO ORIGINAL Y OTRO COMO COPIA SIMPLE PARA COTEJO, DEBERA CONTENER EL SELLO DIGITAL Y LA CADENA COMPLETA, COORESPONDIENTE A LA FIRMA ELECTRONICA.
6	ANEXO 27	DICE: ANEXO 27 MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. ENTENDEMOS QUE DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA DEBEREMOS CUMPLIR CON EL LLENADO DE ESTE ANEXO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTO, PARA EL CASO DE LA PROPUESTA CONJUNTA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA CONTENIDA EN EL NUMERALE 4.3 Y DEL ANEXO 27, DEBERÁ PRESENTAR DICHA DOCUMENTACIÓN COMO SI CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN DE MANERA CONJUNTA PARTICIPARAN DE MANERA INDIVIDUAL.
7	3.2 DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.	DICE: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, "LOS LICITANTES" DEBERÁN GARANTIZAR LA FORMALIDAD DE SUS PROPUESTAS, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ANTES DE I.V.A. ENTENDEMOS QUE EL RESPECTIVO SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA FORMARA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA, CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA.
8	3.2 DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.	DICE: ¿DE PARTICIPAR EN MANERA CONJUNTA A NOMBRE DE QUE EMPRESA IRA DIRIGIDA LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO Y CUMPLIMIENTO?	DEBE DE SER SOLO UNA EMPRESA LA QUE REPRESENTE LA PROPUESTA CONJUNTA.
9	4.2 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS.	DICE: PARA UN MEJOR CONTROL Y AGILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA DE MANERA CONSECUTIVA O POR PROPUESTA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA) LO SEÑALADO EN ESTE PÁRRAFO, ES CON OBJETO DE UNA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y NO TENDRÁ FINES DE DESCALIFICACIÓN. SE ENTIENDE QUE LA FALTA DE FOLIO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
10	4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	DICE: LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PRESENTE NUMERAL (INCISOS "A" AL "M"), DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DEL SOBRE ÚNICO CERRADO (CAJA, PAQUETE, ETC.), EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE, DE FORMA IMPRESA, ESCANEADA Y COMPLETA (EN FORMATO PDF) EN CD O DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (USB), LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PRESENTADA SERÁ DEVUELTA AL TÉRMINO DE SU REVISIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS ARCHIVOS ORIGINALES EN FORMATO PDF SIN NECESIDAD DE SER ESCANEADOS. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
11	3.7 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.	DICE: EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ CONTAR, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE COBERTURA AMPLIA POR UN MONTO IGUAL AL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO... SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO PRESENTAR ESTA PÓLIZA, ESTO PARA QUE NUESTRA OFERTA ECONÓMICA SEA MÁS ACCESIBLE PARA DEPENDENCIA. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ CONTAR CON PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ACUERDO AL NUMERAL 3.7 DE LAS BASES, POR LO QUE NO SE ACEPTA
12	BASES DE LA LICITACIÓN	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE ANEXOS SE DEBERÁN LLENAR SI SE PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERÁ DE SER REQUISITADO CONFOTME AL ANEXO 27, EN CASO DE PRESENTARSE DE MANERA CONJUNTA.
13	SIN PUNTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS MODELOS Y MARCAS DE LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.	LOS MODELOS Y MARCAS SE ENCUENTRAN EL ANEXO 1.
14	SIN PUNTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PUDIERA HABER MÁS MARCAS Y MODELOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS ACTUALMENTE.	RESPUESTE ES NO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.3; ANEXO 1, NUMERO 1.2 PUNTO 9	¿CUÁLES SON LOS MONTOS MÁXIMOS DE LAS PARTIDAS QUE SE LICITAN?	SE PROPORCIONA LA TABLA DE PORCENTAJES DE ASIGNACION
2	ANEXO 18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 18 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA	SE LLENARA CONFORME AL ANEXO 1
3	ANEXO 19	SOLICITAMOS AMABLEMENTE EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	SE LLENARA CONFORME AL ANEXO 1
4	ANEXO 1, NUMERAL 1.2 PUNTO 25	¿QUE SUCEDERA CON EL PERÍDO DE GARANTÍA PARA AQUELLOS SERVICIOS DE "CAMBIO DE REFACCIONES", QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS PROPIAS, VAN A FALLAR ANTES DE LOS 3 MESES (POR EJEMPLO, FOCOS CON VIDA ÚTIL DE: 50 Ó 300 HRS. DEPENDIENDO DEL TIPO DE FOCO) YA QUE DICHA FALLA NO ES IMPUTABLE AL PROVEEDOR Y NO EXISTEN FOCOS DE VIDA ÚTIL MAYOR?	LA GARANTIA DEBERA SER DE 60 DIAS COMO SE INDICA EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE LAS BASES.
5	ANEXO 1 NUMERAL 1.2 PUNTO 34	SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE DEROGUE ESTE REQUISITO DEBIDO A QUE EN LAS PRESENTES BASES NO ESTIPULAN MARCAS Y MODELOS DE LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS A LICITAR. DERIVADO A ESTO, RESULTA IMPOSIBLE COMPROMETERSE A LA ENTREGA DE DICHOS MANUALES TÉCNICOS Y DE SERVICIO. ASIMISMO, ESTE PROCESO LICITATORIO SE BASA EN LA "BUENA FE" DE LAS PARTES, Y POR ELLO, NO CREEMOS QUE LA CONVOCANTE ESTE INTERESADA EN QUE LAS COMPAÑÍAS PROVEEDORAS DE SERVICIO VIOLEN LA LEY DE "DERECHOS DE AUTOR", YA QUE CONSIDERAMOS QUE NO EXISTE EMPRESA EN MÉXICO QUE TENGA TODAS LAS MARCAS EN REPRESENTACIÓN, Y, ADEMÁS, EL PERMISO POR ESCRITO DEL FABRICANTE PARA OTORGAR A TERCEROS COPIAS EN CUALQUIER MEDIO (IMPRESO O DIGITAL).	DEBERA PROPORCIONAR LOS MANUALES QUE SE ENCUENTREN DISPONIBLES EN EL MERCADO.

PRW MEDICAL S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
--------------	--	----------	-----------



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

1	<p>3.4 OPCIONES PARA PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE SOSTENIMIENTO Y CUMPLIMIENTO.</p> <p><u>RESPECTO DE LOS CHEQUES, ESTOS SERÁN "NO NEGOCIABLES".</u></p>	<p>SE SOLICITA SE ACLARE QUE EN CASO DE PRESENTAR CHEQUE COMO GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO ¿ESTE TAMBIÉN TENDRÁ QUE IR CRUZADO?</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, LAS OPCIONES PARA PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y SOSTENIMIENTO SON LAS REFERIDAS EN EL NUMERAL 3.4.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHEQUE DE CAJA; • CHEQUE CERTIFICADO; • BILLETE DE DEPÓSITO Y; CARTA DE CRÉDITO.
2	<p>4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.</p> <p>C) IMPRESAS EN PAPEL CON MEMBRETE DEL LICITANTE, DEBERÁ CONTENER EL DOMICILIO FISCAL COMPLETO Y NÚMERO DE TELÉFONO FIJO, ASÍ COMO CORREO ELECTRÓNICO (DEBERÁN CONSIDERAR LA UTILIZACIÓN DE PAPEL RECICLADO Y CARTÓN, PARA TAL EFECTO SE DEBERÁ TRAZAR UNA RAYA TRANSVERSAL EN LA PARTE NO UTILIZABLE).</p>	<p>FAVOR DE CONFIRMAR QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO TRAZAR UNA RAA TRANSVERSAL EN LA PARTE NO UTILIZABLE</p>	<p>SI SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, TODA VEZ QUE SE SOLICITADO COMO REQUISITO EN EL NUMERAL 4.1 INCISO C) DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.</p>
3	<p>4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.</p> <p>F) LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE.</p>	<p>ENTENDEMOS QUE LA FIRMA AUTÓGRAFA DEBERÁ ASENTARSE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE ELABORE EL LICITANTE ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTO, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1 INCISO F DE LAS BASES</p>
4	<p>4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA</p> <p>A) RECIBO DE COMPRA DE BASES, EMITIDO POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, FECHADO A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA DE VENTA DE ESTAS.</p>	<p>¿SE PODRÁ PRESENTAR EN COPIA SIMPLE EL RECIBO DE COMPRA DE BASES?</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE NO, DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EN APEGO AL NUMERAL 4.3. INCISO B) DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.</p>
5	<p>4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA</p> <p>G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3 (PAG261), "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO), CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE:</p>	<p>ENTENDEMOS QUE SI NUESTRO DOMICILIO FISCAL (COMPROBABLE CON NUESTRA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y COMPROBANTE DE DOMICILIO) SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TENDREMOS QUE PALOMEAR EL SUPUESTO DE LA CASILLA DE APLICA DEL ANEXO 3 RESPECTO QUE "EL DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO." Y POR LO TANTO LOS DEMAS SUPUESTOS SE MARCARÍAN COMO "NO APLICA" ¿ES CORRECTO?</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SI SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DE NO APLICA DE ACUERDO AL ANEXO 4, NO TENDRÁ QUE PRESENTAR NINGÚN DOCUMENTO, EN SU DEFECTO DEBERÁ APEGARSE A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3.1. EN LOS ANEXOS 3 Y 4.</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

6	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. C. "LOS LICITANTES" QUE NO ESTÉN SUJETOS A ALGUNA O ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL INCISO ANTERIOR, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE MANERA BREVE, LAS RAZONES POR LAS QUE NO LE APLICA DICHS IMPUESTOS DE ACUERDO AL ANEXO 4 (PAG 263).	ENTENDEMOS QUE SI NUESTRO DOMICILIO FISCAL (COMPROBABLE CON NUESTRA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y COMPROBANTE DE DOMICILIO) SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LO TANTO NINGUNA OBLIGACIÓN SEÑALADA EN EL INCISO A, B, C Y D DEL PUNTO 4.3.1 Y LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 3 APLICARE A MI REPRESENTADA, DEBEREMOS ASENTAR EN EL ANEXO 4 QUE LA RAZÓN POR LA QUE NO APLICA ES QUE "EL DOMICILIO FISCAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTO, QUE SI SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DE NO APLICA DE ACUERDO AL ANEXO 4, NO TENDRÁ QUE PRESENTAR NINGÚN DOCUMENTO, EN SU DEFECTO DEBERÁ APEGARSE A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3.1. EN LOS ANEXOS 3 Y 4.
7	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. T. SOLO EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA, PRESENTAR MANIFIESTO EN ESCRITO LIBRE, DONDE INDIQUE SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR DE ESA FORMA, PARA LO CUAL DEBERÁ OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA REGLA QUINTA DE LAS "REGLAS" QUE SEÑALA:	EN CASO DE NO PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA PODREMOS PRESENTAR UN ESCRITO MANIFESTANDO QUE ESTE INCISO NO NOS APLICA ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, ES CORRECTO, SOLO EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA SE DEBERA INCLUIR.
8	4.4.1 PROPUESTA TÉCNICA	ESTE PUNTO HABLA DE QUE LA PROPUESTA TÉCNICA SERA CONFORME AL ANEXO 19 SIN EMBARGO ESTE ANEXO ES EL FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, POR LO QUE CREEMOS QUE EL ANEXO 18 ES EL FORMATO QUE SE UTILIZARA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
9	4.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA. ANEXO 19	ENTENDEMOS QUE EN LA COLUMNA DE CONCEPTO DE ESTE ANEXO 19 IRA DE LA PARTIDA 1 A LA PARTIDA 37 ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
10	4.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA. ANEXO 19	¿DE DONDE SE SACARÁN LOS DATOS PARA LLENAR LA COLUMNA LLAMADA "CLAVE CABMS"?	OMITIR LA CLAVE CABMS
11	4.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA. ANEXO 19	EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 19 TENDREMOS QUE TRASLADAR EL NOMBRE DE LA PARTIDA POR EJEMPLO EL NOMBRE DE LA PARTIDA 1 ES: BASCULAS ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS, Y ASI SUCESIVAMENTE CON LA PARTIDA QUE COTICEMOS ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
12	4.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA. ANEXO 19	¿DE DONDE SE SACARÁN LOS DATOS PARA LLENAR LA COLUMNA LLAMADA "CANTIDAD REFERENCIAL"?	LA CANTIDAD REFERENCIAL ES UNO
13	4.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA. ANEXO 19	EN ULTIMO DE LOS CASOS ENTENDEMOS QUE EL ANEXO 19 DEBE SER LLENADA CON LOS DATOS DEL ANEXO 1 POR LO QUE NO APLICA LA "CLAVE CABMS" ¿ES ESTO CORRECTO O BIEN PODRÍAN DARNOS UN EJEMPLO DEL LLENADO DÁNDONOS LA CANTIDAD REFERENCIAL O BIEN EL NUEVO FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA?	ES CORRECTO
14	ANEXO 22	¿ESTE ANEXO DEBERÁ INCLUIRSE EN LAS PROPUESTAS?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, EL ANEXO 22 FORMA PARTE DE LA

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the left margin of the table]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

[Handwritten mark 'a' at the bottom right corner]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

			PRESENTE LICITACIÓN, SIN EMBARGO, SE DEBERÁ RESQUITAR CUANDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO PRESENTE SUS FACTURAS.
15	ANEXO 26	¿ESTE ANEXO DEBERÁ INCLUIRSE EN LAS PROPUESTAS?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, EL ANEXO 26 FORMA PARTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SI DEBERA INCLUIRSE
16	ANEXO 27	ESTE ANEXO ES SOLO INFORMATIVO ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, ES CORRECTO, SOLO EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA SE DEBERA INCLUIR.
17	ANEXO 1 PUNTO 1 EXPERIENCIA	ENTENDEMOS QUE EL CURRICULAR DE LA EMPRESA ES EN FORMATO LIBRE ¿ES CORRECTO?	SI EN PAPEL MENDRETADO DEL PROVEEDOR
18	ANEXO 1 PUNTO 2 TRABAJADORES	ENTENDEMOS QUE EL CURRICULAR DE LOS TÉCNICOS ES EN FORMATO LIBRE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
19	ANEXO 1 PUNTO 3 VISITA	¿CUANDO SE LLEVARÁ A CABO LA VISITA? APLICARA PARA PROVEEDORES FORANEOS	EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL PROVEEDOR ANEXARA LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LA EVIDENCIA QUE CONSIDERE NECESARIA PARA COMPROBAR QUE CUENTA CON UN AREA DE SERVICIO DE 24M2 Y LA SECRETARÍA PODRA VISITAR ALEATORIAMENTE LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES,
20	ANEXO 1.1, PARTIDA 1, NUMERAL 40.	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESO CONOCIDO (100, 200, 500 GRAMOS) ¿SE ESTÁ HACIENDO REFERENCIA AL USO DE PESAS PATRÓN?	ES CORRECTO
21	ANEXO 1.1, PARTIDA 1, NUMERAL 40	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE PESAS PATRÓN, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA FÍSICA DEL KIT DE PESAS PATRÓN, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	ES CORRECTO
22	ANEXO 1.1, PARTIDA 2, NUMERAL 158. Y PARTIDA 4, NUMERAL 74	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON UN ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CALIBRADO?	ES CORRECTO
23	ANEXO 1.1, PARTIDA 2, NUMERAL 158. Y PARTIDA 4, NUMERAL 74.	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	ES CORRECTO
24	ANEXO 1.1, PARTIDA 5, NUMERAL 131	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI SERÁ NECESARIO REALIZAR PRUEBAS DE BOWIE & DICK PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESTERILIZACIÓN EN LOS EQUIPOS	ES CORRECTO
25	ANEXO 1.1, PARTIDA 7, NUMERAL 385	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL	EN CORRECTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON ANALIZADOR DE CUNAS E INCUBADORAS CALIBRADO?	
26	ANEXO 1.1, PARTIDA 7, NUMERAL 385	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE CUNAS E INCUBADORAS, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	ES CORRECTO
27	ANEXO 1.1, PARTIDA 10, NUMERAL 18, 56	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES CALIBRADO?	ES CORRECTO
28	ANEXO 1.1, PARTIDA 10, NUMERAL 18, 56	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	ES CORRECTO
29	ANEXO 1.1, PARTIDA 12, NUMERAL 145	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON ANALIZADOR DE SONIDAS/TRANSDUCTORES CALIBRADO?	ES CORRECTO
30	ANEXO 1.1, PARTIDA 12, NUMERAL 145	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE SONIDAS/TRANSDUCTORES, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	ES CORRECTO
31	ANEXO 1.1, PARTIDA 14, NUMERAL 100	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍAS CALIBRADO?	ES CORRECTO
32	ANEXO 1.1, PARTIDA 14, NUMERAL 100	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍAS, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	ES CORRECTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023"

33	ANEXO 1.1, PARTIDA 20, MAQUINAS DE ANESTESIA, NUMERAL 177	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES CALIBRADO?	ES CORRECTO
34	ANEXO 1.1, PARTIDA 20, MÁQUINAS DE ANESTESIA, NUMERAL 177	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	ES CORRECTO
35	ANEXO 1.1, PARTIDA 20, MONITORES DE MÁQUINAS DE ANESTESIA, NUMERAL 96	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON ANALIZADOR DE MONITORES DE SIGNOS VITALES CALIBRADO?	ES CORRECTO
36	ANEXO 1.1, PARTIDA 20, MONITORES DE MÁQUINAS DE ANESTESIA, NUMERAL 96	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE MONITORES DE SIGNOS VITALES, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	ES CORRECTO
37	ANEXO 1.1, PARTIDA 23, ELECTROCARDÍOGRAFOS, NUMERAL 61	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON ANALIZADOR DE MONITORES DE SIGNOS VITALES CALIBRADO?	ES CORRECTO
38	ANEXO 1.1, PARTIDA 23, ELECTROCARDÍOGRAFOS, NUMERAL 61	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE MONITORES DE SIGNOS VITALES, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	ES CORRECTO
39	ANEXO 1.1, PARTIDA 24, MONITORES DE SIGNOS VITALES TODAS LAS MARCAS Y MODELOS	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON ANALIZADOR DE MONITORES DE SIGNOS VITALES CALIBRADO?	ES CORRECTO
40	ANEXO 1.1, PARTIDA 24, MONITORES DE SIGNOS VITALES TODAS LAS MARCAS Y MODELOS	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE MONITORES DE SIGNOS VITALES, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	ES CORRECTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

41	ANEXO 1.1, PARTIDA 24, TERAPIA PULMONAR TODAS LAS MARCAS Y MODELOS	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI AL MENCIONAR LAS "PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO" ESTAS PRUEBAS ¿SE DEBERÁN REALIZAR CON ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES CALIBRADO?	ES CORRECTO
42	ANEXO 1.1, PARTIDA 24, TERAPIA PULMONAR TODAS LAS MARCAS Y MODELOS	DE SER AFIRMATIVO EL USO DE ANALIZADOR DE MONITORES DE FLUJO DE GASES, SE LE SOLICITA INDICAR A LA CONVOCANTE SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO MUESTRA DE DICHO EQUIPO, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	ES CORRECTO
43	ANEXO 1.1, PARTIDA 27, RX DE DIVERSAS MARCAS, RENGLÓN 53 Y 54	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y EL CERTIFICADO DE MEMORIA ANALÍTICA DEBE ESTAR ELABORADO POR UNA PERSONA CON REGISTRO ANTE LA EMA Y SI PUEDE SER EMITIDO POR UN TERCERO AUTORIZADO Y REGISTRADO ANTE DICHA ENTIDAD Y SI ES NECESARIO PRESENTAR SU DOCUMENTACIÓN QUE LO AVALE	ES CORRECTO
44	ANEXO 1.1, PARTIDA 28, PRUEBAS DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE RX, RENGLÓN 214 AL 221	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-229-SSA1-2022 PUEDE SER EMITIDO POR UN TERCERO AUTORIZADO Y REGISTRADO ANTE LA EMA Y SI ES NECESARIO PRESENTAR SU DOCUMENTACIÓN QUE LO AVALE.	ES CORRECTO

SOLUCIONES Y EQUIPOS MÉDICOS RIED, S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA INCISO K)	EN EL INCISO DE REFERENCIA SE SOLICITA LO SIGUIENTE: "K) RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO ANTE EL IMSS CON FECHA NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS" PARA ACREDITAR EL PÁRRAFO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE DEBERÁ SER MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL SUA (SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES ACTUAL (ENERO 2023). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, ES PROCEDENTE LA PRESENTACIÓN DEL SUA.
2	4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA INCISO L)	EN EL INCISO DE REFERENCIA SE SOLICITA LO SIGUIENTE: "L) COMPROBANTES DE PAGO DE LOS ÚLTIMOS DOS BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL."	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, ES PROCEDENTE LA PRESENTACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES, COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 4.3 INCISO L)



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		ENTENDEMOS QUE LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SE DEBERÁ PRESENTAR SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS BIMESTRES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022 Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
3	4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA INCISO M)	EN EL INCISO DE REFERENCIA SE SOLICITA LO SIGUIENTE: "M) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS". AL RESPECTO, AL DÍA DE HOY, LAS OPINIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CUENTAN CON UNA VIGENCIA DE UN DÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACEPTE LA PRESENTACIÓN DE DICHA OPINIÓN CON FECHA DE EMISIÓN, DE CUANDO MENOS UN DÍA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, LA VIGENCIA DEL DOCUMENTO ES PROCEDENTE, TODA VEZ QUE, DA CUMPLIMIENTO AL PERIODO COMPRENDIDO EN EL SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.3 INCISO M.
4	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTO EN ORIGINAL INCISO A) E INCISO B)	ENTENDEMOS QUE DEPENDIENDO DE LAS OBLIGACIONES QUE LE APLIQUEN A CADA LICITANTE DEBERÁN PRESENTAR EL ANEXO 3 O EN SU CASO EL ANEXO 4. ¿ES ESTO CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS.
5	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTO EN ORIGINAL INCISO I)	CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR DE SALTO DE LÍNEA, YA QUE EL INCISO DE REFERENCIA NO CONTIENE INFORMACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE Y/O INDIQUE LOS INCISOS DE MANERA CORRECTA. FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SU PREGUNTA SE ATIENDE CON LA PRECISION NUMERO DOS DE LA PRESENTE JUNTA.

MEGAMED. S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PAGINA 14 NUMERAL 4.3 "DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA" INCISO M) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. > OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PRESENTAR LA CONSTANCIA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON UNA VIGENCIA DE 24 HORAS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ESTO DEBIDO A QUE ACTUALMENTE DICHA CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 24 HORAS. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LA VIGENCIA A SU DOCUMENTO ES PROCEDENTE, TODA VEZ QUE, DA CUMPLIMIENTO AL PERIODO COMPRENDIDO EN EL SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.3 INCISO M DE LAS BASES.
2	PAGINA 15 NUMERAL 4.3.1 "ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL"	ENTENDEMOS QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, DEBEMOS PRESENTAR COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, ES CORRECTO, DEBERA PRESENTAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.3.1 INCISO D DE LAS BASES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	<p>INCISO D) EN EL SUPUESTO, DE QUE EL INMUEBLE EN EL QUE RESIDE EL DOMICILIO FISCAL DE LICITANTE, NO SEA DE SU PROPIEDAD Y POR ELLO, NO ESTE SUJETO A ALGUNA CONTRIBUCIÓN REFERIDA EN EL ANEXO 3(PAGS 261-262). (OBLIGACIONES FISCALES), ADICIONALMENTE AL ESCRITO DE ESTE INCISO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DEL INSTRUMENTO LEGAL, VIGENTE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, MEDIANTE EL QUE ACREDITE DICHO SUPUESTO</p>	<p>DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, YA QUE EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN NUESTRAS OFICINAS ES ARRENDADO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
3	<p>PAGINA 16 NUMERAL 4.3.1 "ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL" INCISO I.</p>	<p>ESTE INCISO SE ENCUENTRA EN BLANCO, NO SOLICITA NINGUN ESCRITO O DOCUMENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO ENTENDEMOS QUE PRESENTAREMOS UNA CARTA DE NO APLICA.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SU PREGUNTA SE ATIENDE CON LA PRECISION NUMERO DOS DE LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.</p>
4	<p>PÁGINA 18 NUMERAL 4.4 PROPUESTAS INCISO 4.4.1 PROPUESTA TÉCNICA LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA MIXTA, TANTO EN FORMATO ELECTRÓNICO PDF COMO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL MODELO DE FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE "LA PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO 19 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023", PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPO Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO AL ANEXO 1, CONSIDERANDO ADEMÁS LO ESTABLECIDO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES; ADEMÁS DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, TODOS LAS CARTAS, MANIFIESTOS Y FORMATOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p>	<p>DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA ENTENDEMOS QUE LAS CARTAS, MANIFIESTOS Y FORMATOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, SON LOS QUE CORRESPONDEN AL PUNTO 1.2 "CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO" (PÁGINAS 254-257).</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>EN EL PUNTO 1 Y 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO SE REFIERE A LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y DE LOS TECNICOS .</p>
5	<p>PÁGINA 18 NUMERAL 4.4 PROPUESTAS INCISO 4.4.1 PROPUESTA TÉCNICA LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA MIXTA, TANTO EN FORMATO ELECTRÓNICO PDF COMO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL MODELO DE FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE "LA PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO 19 PRESENTACIÓN DE LA</p>	<p>DE ACUERDO A BASES, EL FORMATO 19 CORRESPONDA AL FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, ENTENDEMOS QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA RTÉCNICA UTILIZAREMOS EL FORMATO 18 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y A SU VEZ EL FORMATO 19 PARA LA</p>	<p>ES CORRECTO</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	PROPUESTA TÉCNICA DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPO Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO AL ANEXO 1, CONSIDERANDO ADEMÁS LO ESTABLECIDO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES; ADEMÁS DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, TODOS LAS CARTAS, MANIFIESTOS Y FORMATOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	
6	PAGINA 18 NUMERAL 4.4 PROPUESTAS INCISO 4.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA. LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ SER PRESENTADA POR "LOS LICITANTES" DE MANERA IMPRESA Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO EXCEL (USB O CD IDENTIFICADO), (ANEXO 19 PAG 278), CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1(PAGS 35-259), CONFORME A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1. CLAVE CABMS, PARTIDA, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD REFERENCIAL SOLICITADA, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL, I.V.A. DESGLOSADO Y TOTAL DE LA PROPUESTA.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA REQUISITAR EL FORMATO 19 PROPUESTA ECONÓMICA DEBEMOS DE REQUISITAR EL PRECIO UNITARIO POR CADA CONCEPTO DE LA PARTIDA, EJEMPLO: PARTIDA 1 CON 40 RENGLONES, PRECIO POR RENGLÓN (40 PRECIOS UNITARIOS). ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	DEBERA INDICAR EL IMPORTE POR CADA RENGLON Y EL IMPORTE TOTAL POR PARTIDA.
7	PREGUNTA GENERAL SIN NUMERAL E INCISO.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS NUMEROS CORRECTOS DE LOS ANEXOS DE LAS PRESENTES BASES.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL ANEXO 18 CORRESPONDE A LA PROPUESTA TECNICA Y EL 19 A LA ECONOMICA

ELECTROMÉDICA 3G Y BIOMÉDICA S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PUNTO 4.2 INCISO G)	EN ESTE PUNTO SOLICITAN CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE LOS IMPUESTOS ENUMERADOS EN EL ANEXO 3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LOS LICITANTES QUE NO SON PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE MÉXICO DEBEN ENTREGAR SUS CONSTANCIAS EXPEDIDAS EN SU CIUDAD CORRESPONDIENTE, O SIMPLEMENTE ESTE PUNTO NO APLICA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SI SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DE NO APLICA DE ACUERDO AL ANEXO 4, NO TENDRÁ QUE PRESENTAR NINGÚN DOCUMENTO, EN SU DEFECTO DEBERÁ APEGARSE A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3.1. EN LOS ANEXOS 3 Y 4.
2	PUNTO 4.4.1 PROPUESTA TÉCNICA. DICE. CONFORME AL MODELO DE FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN	EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EL ANEXO 19 ES	ES CORRECTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	DE "LA PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO 19 PRESENTACIÓN....."	PARA LA PROPUESTA ECONOMICA. ENTENEMOS QUE HAY UN ERROR EN EL TEXTO Y QUE EL ANEXO CORRECTO PARA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA TECNICA ES EL NÚMERO 18. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
3	PUNTO 4.4.2 PROPUESTA ECONÓMICA PUNTO 1	EN ESTE PUNTO SE SOLICITA LA "CLAVE CABMS" Y "CANTIDAD PREFERENCIAL SOLICITADA". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR DE DONDE SACAR ESOS DATOS, YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.	OMITIR CLAVE CABMS
4	PUNTO 4.3.1 INCISO Q. DICE: "EN CASO DE CAMBIAR DE DOMICILIO FISCAL, ESTO SERÁ NOTIFICADO A "LA CONVOCANTE" DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO CAMBIO, SEÑALANDO OPORTUNAMENTE EL NUEVO DOMICILIO...."	ENTENDEMOS QUE PARA LOS LICITANTES QUE NO RADIQUEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLO DEBEREMOS PRESENTAR UN DOMICILIO DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES SIN QUE SEA NUESTRO DOMICILIO FISCAL. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, LOS LICITANTES QUE NO RADIQUEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERAN DE NOTIFICAR LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.3.1 INCISO Q), ADEMÁS DE NOTIFICAR A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO CAMBIO.
5	GENERAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERE EL PEDIR QUE LOS PARTICIPANTES DEMUESTREN LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS PRESENTANDO UN ISO 9001:2015, EN EL CUAL VENGA EL ALCANCE DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, ESTO A MANERA DE ASEGURAR QUE LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DARÁN LA MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO QUE OFERTAN, YA QUE, AL SER EQUIPOS MÉDICOS, ES NECESARIO OBTENER EMPRESAS CERTIFICADAS Y PREPARADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SE ACEPTA?	APEGARSE A BASES

INTECSA INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA SALUD S.A DE C.V PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO K). PAG. 14	DICE: "K) RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO ANTE EL IMSS CON FECHA NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS." ENTENDEMOS QUE ESTE REQUISITO SE CUMPLE PRESENTANDO LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS, EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DONDE SE ENLISTA AL PERSONAL ASEGURADO ANTE DICHA INSTITUCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, ES CORRECTO DEBERA PRESENTAR LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS, EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DONDE SE ENLISTA AL PERSONAL ASEGURADO ANTE DICHA INSTITUCIÓN.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

[Vertical list of handwritten signatures and initials on the left margin]

2	NUMERAL 4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO H). PAG. 14.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO ACEPTÉ PRESENTAR CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ACUSE DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN O RENOVACIÓN DEL MISMO, SIENDO NECESARIO ESTE TRÁMITE PARA CUMPLIR CON LA CARACTERÍSTICA DE SALARIALMENTE RESPONSABLE; ¿SE ACEPTA?	DEBERA PRESENTAR ACUSE DEL INICIO DE TRÁMITE DDEBIDAMENTE REQUISITADO, ASÍ COMO LA CONSTANCIA ANTERIOR, SIN EMBARGO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR INVARIABLEMENTE EL ORIGINAL VIGENTE DEL DOCUMENTO.
3	NUMERAL 4.4.1 PROPUESTA TÉCNICA. PAG. 18	DICE: "LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA MIXTA, TANTO EN FORMATO ELECTRÓNICO PDF COMO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL MODELO DE FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE "LA PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO 19 ..." EL ANEXO 19 QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA 278 TIENE EL SIGUIENTE TÍTULO: "FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE UTILIZARÁ EL FORMATO INDICADO COMO ANEXO 19 PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.	LA PROPUESTA TECNICA DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO AL FORMATO DEL ANEXO 18
4	NUMERAL 7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. PAG. 27	DICE: "EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ POR PARTIDA COMPLETA BAJO LA FIGURA DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO A 3 PROVEEDORES EN PORCENTAJES IGUALES POR PARTIDA CON UN DIFERENCIAL MÁXIMO ENTRE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE 5%(PUDIENDO ADJUDICAR A UN MISMO PROVEEDOR MÁS DE UNA PARTIDA)," ENTENDEMOS QUE LOS LICITANTES PODEMOS PARTICIPAR POR UNA O MÁS PARTIDAS DE LAS 31 QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO Y QUE CADA UNA DE ESTAS SERÁ ADJUDICADA A 3 PROVEEDORES DIFERENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA A PRECIACIÓN?	ES CORRECTA
5	ANEXO 1. NUMERAL 1.2 DEL CONDICIONES GENERALES SERVICIO, INCISO 1. PAG. 254	DICE: "EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS PROVEEDORES DEBERÁN COMPROBAR UNA EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 3 AÑOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS COTIZADAS, EXPERIENCIA QUE DEBERÁN COMPROBAR CON CURRICULAR DE LA EMPRESA, INDICANDO LOS CLIENTES A QUIEN LE HAN PROPORCIONADO SERVICIOS, CON NOMBRE DEL	DEBERA PRESENTARSE EN FORMATO LIBRE

[Handwritten signature and initials at the bottom right]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		CONTACTO Y NÚMERO TELEFÓNICO PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN.	
		SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE UN FORMATO CON LOS DATOS QUE CONSIDERE RELEVANTES PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DE LOS LICITANTES, ESTO CON EL OBJETIVO AGILIZAR Y FACILITAR LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUISITO.	
6	ANEXO 1. NUMERAL 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO, INCISO 16. PAG. 255	DICE: "PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTARSE EN LA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE, CON LAS REFACCIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN, EQUIPO DE MEDICIÓN, EQUIPO DE DIAGNÓSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON EL FIN DE EVITAR AL MÁXIMO EL TRANSITO DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR POR LAS INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES" PARA PODER CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS BRINDE INFORMACIÓN REFERENTE AL UNIVERSO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, ASÍ COMO EL ALCANCE DE LAS REFACCIONES A UTILIZAR EN CADA SERVICIO, EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN REQUERIDOS, CANTIDAD DE SERVICIOS, PERIODOS DE EJECUCIÓN, REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FICHAS TÉCNICAS CON RUTINAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.
7	ANEXO 1. NUMERAL 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO, INCISO 22. PAG. 256	DICE: "EN CASO DE QUE SE REALICE CALIBRACIÓN AL EQUIPO, SE DEBE PROPORCIONAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE A LA UNIDAD HOSPITALARIA CON EL FIN DE ANEXARLO A LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, SE DEBERÁ ANEXAR ESTE CERTIFICADO EN LA ORDEN DE SERVICIO, ESTO SERÁ SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD" PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN REQUERIDOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SERÁN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN, ASÍ COMO SIMULADORES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. Y SI ÉSTOS	ES CORRECTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		DEBERÁN SER EMITIDOS POR ORGANIZACIONES ACREDITADAS ANTE LA EMA.	
8	ANEXO 18 Y ANEXO 19. PAGS. 277 Y 278	SOLICITAMOS AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LA CLAVE CABMS, LA CUAL ES REQUERIDA EN LOS FORMATOS ANEXO 18 Y ANEXO 19 DE LAS BASES.	OMITIR LA CLAVE CABMS
9	ANEXO 18 Y ANEXO 19. PAGS. 277 Y 278	SOLICITAMOS AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA CANTIDAD REFERENCIAL SOLICITADA EN LOS ANEXOS 18 Y 19, ES LA MISMA CANTIDAD DE LA TABLA DEL ANEXO 1.1 DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES A CONTRATAR.	LA CANTIDAD REFERENCIAL ES UNO

PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 1 PAGINA 254	PUEDE LA CONVOCANTE PROPORCIONAR DE MANERA SUCINTA UN FORMATO ESPECIFICO , PARA REGISTRAR Y PRESENTAR LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, ESPECIFICANDO QUE DATOS DEBERÁ CONTENER PARA ACREDITAR ESTE RUBRO, POR EJEMPLO NÚMERO DE CONTRATO, TIPO DE CONTRATO, ESPECIALIDAD, ALCANCES, DEPENDENCIA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, TELÉFONO, DIRECCIÓN, REGISTRO DEL MISMO EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES FEDERALES Y/O LOCALES, SI EL ESTATUS DEL MISMO ES EN PROCESO, TERMINADO ETC. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS LOS LICITANTES PROPORCIONEMOS LA MISMA INFORMACIÓN Y SE EVALÚE A TODOS POR IGUAL.	LA CONVOCANTE RESPONDE SE HARÁ EN FORMATO LIBRE
2	1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 2 PAGINA 254	PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR COMO SE VA A SUSTENTAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL OFERTADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, (ORDENES DE SERVICIO, CURSOS, ACTAS ENTREGAS RECEPCIÓN, BITÁCORAS) Y PUEDE LA CONVOCANTE DAR UN FORMATO ESPECIFICO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN.	LA CONVOCANTE RESPONDE SE HARÁ EN FORMATO LIBRE
3	1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 5 PAGINA 254	PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL CONTRATO ES SOLO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, SI SE VAN A REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y SI ES EL CASO PUEDE ACLARAR LA CANTIDAD DE SERVICIOS A REALIZAR, ASÍ COMO SUS UBICACIONES, PROPORCIONAR LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO QUE SE	TAL Y COMO SE SEÑALO EN EL RUBRO DE LAS BASES DE LA LICITACION, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE LAS ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL ES UN CONTRATO ABIERTO YA QUE SE DESCONOCE EL NÚMERO DE SERVICIOS QUE SERÁN REQUERIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. APEGARSE AL ANEXO 1.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		DEBERÁN EJECUTAR, Y LOS ALCANCES DE REFACCIONES QUE SE DEBEN INCLUIR EN CADA SERVICIO.	
4	1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 16 PAGINA 255	DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS LAS FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS RUTINAS QUE SE DEBERÁN EJECUTAR ASÍ MISMO COMO EL LISTADO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA CADA PARTIDA, CON SUS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EXPEDIDOS POR EMPRESAS ACREDITADAS Y VIGENTES, ASÍ COMO LA UBICACIÓN E INVENTARIO DE EQUIPOS A LOS QUE SE REALIZARA SERVICIO.	APEGARSE AL ANEXO 1, EN CASO DE REQUERIRSE ALGUN SERVICIO EXTRAORDINARIO APEGARSE AL NUMERAL 30 DE LAS CONDICIONES GENERALES. LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS PUEDE SER EN CUALQUIERA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE NLA CIUDAD DE MÉXICO.
5	1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 19 PAGINA 255	LE SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL FORMATO DE LA ORDEN DE SERVICIO QUE DEBERÁ PROPORCIONAR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO.	LAS ORDENES DE SERVICIO SERÁN ENTREGADAS POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO A LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS
6	1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 22 PAGINA 256	PUEDE ACLARAR SI EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE EMITIDO POR EMPRESAS ACREDITADAS (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C), CORRESPONDE A LOS EQUIPOS DE CALIBRACIÓN, ANALIZADORES, SIMULADORES DE PACIENTE EMPLEADOS EN EL SERVICIO DE ACUERDO AL EQUIPO DE MEDICIÓN SOLICITADO PARA CADA PARTIDA LICITADA, SOLICITANDO QUE SE PRESENTEN EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS EN ORIGINAL Y COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO. EN QUE APARTADO DEBEREMOS PRESENTAR TODOS LOS LICITANTES LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES PARA CADA PARTIDA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS LOS LICITANTES PROPORCIONEMOS LA MISMA INFORMACIÓN Y SE EVALÚE A TODOS POR IGUAL.	EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE DEBERA SER EMITIDO POR EMPRESAS ACREDITADAS POR LA EMA CORRESPONDE A LOS EQUIPOS DE CALIBRACIÓN, ANALIZADORES, SIMULADORES DE PACIENTE Y OTROS EMPLEADOS EN EL SERVICIO. ESTOS CERTIFICADOS DEBERAN PRESENTARSE EN EL MOMENTO DE REALIZAR LOS SERVICIOS.
7	1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 22 PAGINA 256	PARA EL CASO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO SE PIDE A LA CONVOCANTE QUE ESTABLEZCA LOS REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN CUMPLIR PARA PODER ACREDITAR SU VALIDEZ (NOTARIZADOS Y CONSULARIZADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN) Y QUE CUMPLAN CON LOS ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO O ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MULTILATERAL CON ORGANISMOS INTERNACIONALES, SEGÚN LO INDICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C	PARA LA ACREDITACIÓN DE LA VALIDEZ DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EMITIDOS EN EL EXTRANJERO SE DEBERÁ PRESENTAR DE FORMA FÍSICA O ELECTRÓNICA EN CONJUNTO CON LAS CARTAS DE TRAZABILIDAD QUE EXPRESEN LOS PATRONES DE MEDICIÓN INTERNACIONALES UTILIZADOS, LOS CUALES DEBERÁN SER EQUIVALENTES A LOS NACIONALES O ESTAR APROBADOS POR EL CENAM, ADICIONAL PRESENTAR UN DOCUMENTO EMITIDO POR EL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN DONDE ESTABLEZCA QUE ES UN ENTE ACREDITADO POR UN ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL CON

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the left margin of the table]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		<p>(HTTPS://WWW.EMA.ORG.MX/POR TAL V3/INDEX.PHP/EMA-EN-EL-MUNDO2/RECONOCIMIENTOS-INTERNACIONALES) ADEMÁS, QUE NO SE PERMITA LA PRESENTACIÓN DE CARTAS DE GARANTÍA O CARTAS DE CONFORMIDAD YA QUE ESTAS NO SON TRAZABLES A LOS PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES.</p>	<p>EL QUE LA EMA CELEBRA UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO O MULTILATERAL (COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS - ILAC, COOPERACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ASIA Y EL PACÍFICO - APAC, COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ACREDITACIÓN - IAAC). EN EL CASO EN QUE LOS PROVEEDORES DE CALIBRACIÓN EN EL EXTRANJERO NO ESTUVIERAN ACREDITADOS POR UN ORGANISMO INTERNACIONAL CON EL QUE LA EMA CELEBRE UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO O MULTILATERAL Y/O SE UTILICEN PATRONES NO EQUIVALENTES A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NACIONALES O NO ESTEN AUTORIZADOS POR EL CENAM, PARA LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO SE DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES HACIA PATRONES INTERNACIONALES DE MEDIDA EMITIDO POR EL CENAM EN CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 6 Y 73 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, Y LOS ARTÍCULOS 20 Y 24 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 1. APOSTILLADO, LA APOSTILLA PUEDE EXPEDIRSE ÚNICAMENTE POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE POR EL ESTADO DE ORIGEN DEL DOCUMENTO, O LEGALIZADO (POR CONSUL MEXICANO EN EL PAÍS DE ORIGEN) PARA LOS PAÍSES QUE NO PÉRTENESCAN A LA CONVENCIÓN DE LA HAYA 2. ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO EN MÉXICO 3. TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL REALIZADO POR PERITO TRADUCTOR EN MÉXICO.</p>
8	ANEXO 1 PAGINA 35	<p>PARA EL CASO DE QUE SE TENGA EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN MAS DE UNA PARTIDA, SE PUEDE CONSIDERAR AL MISMO PERSONAL EN DIFERENTES PARTIDAS SIEMPRE QUE ESTE, CUENTE CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE LA MATERIA DE CADA PARTIDA.</p>	<p>ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO EL PERSONAL CUBRA LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA CONVOCANTE.</p>
9	1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO NUMERAL 17 PAGINA 255	<p>SOLICITAMOS A LA CONVENTE QUE LA HERRAMIENTA MENOR (MALETINES DE HERRAMIENTA), GUARDE CONGRUENCIA CON EL PERSONAL ASIGNADO A CADA PARTIDA.</p>	<p>EL PROVEEDOR DEBERA CONSIDERAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CADA TIPO DE SERVICIO.</p>
10	ANEJO 19 PÁGINA 278	<p>SOBRE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 19 PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR COMO ES EL LLENADO DE ESTE O EN SU DEFECTO PODRÍA DAR UN EJEMPLO O UN INSTRUCTIVO DE CUÁLES SON LOS DATOS QUE DEBEN LLEVARA CADA UNO DE LAS CELDAS SOLICITADAS.</p>	<p>DEBERA CONSIDERARSE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO 1, E IMPORTE TOTAL POR PARTIDA</p>
11	ANEXO 18 PAGINA 277	<p>SOBRE EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 18 PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR COMO ES EL LLENADO</p>	<p>DEBERA CONSIDERARSE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO 1, E IMPORTE TOTAL POR PARTIDA</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		DE ESTE O EN SU DEFECTO PODRÍA DAR UN EJEMPLO O UN INSTRUCTIVO DE CUÁLES SON LOS DATOS QUE DEBEN LLEVARA CADA UNO DE LAS CELDAS SOLICITADAS.	
--	--	--	--

SIX MED S.A DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA																												
1	ANEXO 18 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA PREGUNTA: SE LES SOLICITA A LA CONVOCANTE DE UN EJEMPLO PARA EL CORRECTO LLENADO DEL SIGUIENTE ANEXO (CLAVE CABMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTA Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR (INDISPENSABLE ADJUNTAR PÁGINA DEL ACTA Y SUBRAYAR CON MARCA TEXTO EL PUNTO REFERIDO, EN CASO DE MENCIONAR LA JUNTA DE ACLARACIONES)	ANEXO 18 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023". CIUDAD DE MÉXICO, A. MTRA. EUNALDIZ LÓPEZ ZÚÑIGA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO. <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>CLAVE CABMS</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD REFERENCIAL</th> <th>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTA</th> <th>OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR (INDISPENSABLE ADJUNTAR PÁGINA DEL ACTA Y SUBRAYAR CON MARCA TEXTO EL PUNTO REFERIDO, EN CASO DE MENCIONAR LA JUNTA DE ACLARACIONES)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PROTESTO LO NECESARIO NOMBRE DEL LICITANTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL CIUDAD DE MÉXICO, A. R.F.C. DEL LICITANTE: CADA PÁGINA DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL AL VARIAR O P.E. NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRADO DEL LICITANTE.	NO.	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REFERENCIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTA	OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR (INDISPENSABLE ADJUNTAR PÁGINA DEL ACTA Y SUBRAYAR CON MARCA TEXTO EL PUNTO REFERIDO, EN CASO DE MENCIONAR LA JUNTA DE ACLARACIONES)	1							2							10							DEBERA CONSIDERARSE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO 1,
NO.	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REFERENCIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTA	OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR (INDISPENSABLE ADJUNTAR PÁGINA DEL ACTA Y SUBRAYAR CON MARCA TEXTO EL PUNTO REFERIDO, EN CASO DE MENCIONAR LA JUNTA DE ACLARACIONES)																									
1																															
2																															
10																															
2	Partida 30 TERAPIA PULMONAR	SE REPITEN VARIAS MARCAS Y MODELOS CON SU RESPECTIVA REFACCIONES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE LISTADO TOMAMOS EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA	DEBERA COTIZAR EL TOTAL DEL ANEXO 1																												

AGD MEDICAL, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 18	¿Qué DEBEMOS COLOCAR EN EL ANEXO 18?. (CLAVE CABMXS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTA Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR (INDISPENSABLE ADJUNTAR PÁGINA DEL ACTA Y SUBRAYAR CON MARCA TEXTO EL PUNTO REFERIDO, EN CASO DE MENCIONAR LA JUNTA DE ACLARACIONES)	DEBERA CONSIDERARSE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO 1,
2	ANEXO (ANEXO TECNICO) ANEXO 1.1 DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR, PARTIDA 30 TERAPIA PULMONAR	¿CUÁL LISTADO DE EQUIPOS Y REFACCIONES DEBEMOS CONSIDERAR?, YA QUE SE REPITEN VARIAS MARCAS Y MODELOS CON SUS RESPECTIVAS REFACCIONES	SE DEBERA COTIZAR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS	EL CONSECUTIVO INCISO O LETRA "I" NO CONTIENE TEXTO. ES ESTO CORRECTO O EXISTE ALGUNA INDICACION, SI LO PUEDE ACLARAR.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SU PREGUNTA SE ATIENDE CON LA PRECISION NUMERO DOS DE LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
2	4.4.1 PROPUESTA TECNICA	SE SOLICITA INTEGRAR EN LA PROPUESTA TECNICA TODOS LAS CARTAS, MANIFIESTOS Y FORMATOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TECNICO. EN EL ANEXO TECNICO NO SE MENCIONAN CARTAS, MANIFIESTOS Y FORMATOS, NOS PUEDE CONFIRMAR EL CONTENIDO DEL ANEXO TECNICO.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DE ACUERDO AL NUMERAL 4.4.1 DE LAS BASES LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL MODELO DE FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE "LA PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO 18 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023", PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPO Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO AL ANEXO 1, CONSIDERANDO ADEMÁS LO ESTABLECIDO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
3	ANEXO 1 PARTIDA 7 NEONATOLOGIA RENGLON 385 HOJA 81	SE DEBEN CONSIDERAR EN LA COTIZACION EL SUMINISTRO O REPLAZO DE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y/O REFACCIONES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO.
4	ANEXO 1 PARTIDA 7 NEONATOLOGIA RENGLON 384 HOJA 81	EL CONCEPTO DEL RENGLON 384 SE REFIERE A LO INDICADO EN EL PUNTO 1.2 CONDICIONES GENERALES, 5. "LOS SERVICIOS, INCLUIRÁN EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO, EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO DIAGNÓSTICO, HERRAMIENTAS, TRASLADOS, MANIOBRAS, REFACCIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD, ADEMÁS EN CADA SERVICIO, EL PROVEEDOR ESTARÁ OBLIGADO A EMITIR RECOMENDACIONES SOBRE EL BUEN USO DEL EQUIPO Y SOBRE BUENAS PRÁCTICAS QUE CONTRIBUYAN A ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. EN CADA SERVICIO EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR UNA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y AJUSTE DE PARTES REMOVIBLES SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD". ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO
5	ANEXO 1 PARTIDA 7 NEONATOLOGIA RENGLON 384 HOJA 81	EN CASO DE NO SER CORRECTA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE UN CONCEPTO QUE	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 5 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		<p>CUBRA TODOS LOS GASTOS SOLICITADOS E INDICADOS EN EL PUNTO 1.2 CONDICIONES GENERALES, 5. CON LA FINALIDAD DE NO INFLAR LOS PRECIOS DEL LISTADO DE REFACCIONES INDICADOS COMO SERVICIOS DENTRO DE TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO 1.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
--	--	--	--

ESPECTRO BIOMEDICO S.A DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	3.4	SOLICITO A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR ¿CUÁL ES EL MONTO QUE SE TIENE QUE CONSIDERAR PARA GARANTIA DE SOSTENIMIENTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL MONTO ES EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA
2	3.4	QUEDA CLARO EN CASO DE QUE APLIQUE EL CHEQUE EN LA PRESENTACIÓN DE FIANZA, NO ES NECESARIO PRESENTAR EN MI PROPUESTA EL FORMATO DEL ANEXO 21 ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	DE ACUERDO CON EL NUMERAL 3.4 DE LAS BASES SE ESTABLECE QUE CUANDO SE OPTA POR LA PRESENTACIÓN DE FIANZA SE DEBERÁ CONTENER LO INDICADO EN EL ANEXO 21 EN ESE SENTIDO RESPECTO A LOS CHEQUES EL REQUISITO ES QUE ESTOS SERAN "NO NEGOCIABLES".
3	4.1 INCISO E Y F	¿SOLICITO A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE TODA LA PROPUESTA DEBE DE VENIR RUBRICADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DE ACUERDO AL NUMERAL 4.1 INCISOS E Y F
4	4.2	SOLICITO A LA CONVOCANTE LA DOCUMENTACION SE PRESENTE EN UN RECOPIADOR CON TRES ARGOLLAS, A SI MSMO RESPETANDO EL ORDEN DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS. SIN EMBARGO DEBERÁ DE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN SOBRE CERRADO DE NO SER ASÍ, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
6	4.2	¿SOLICITO A LA CONVOCANTE SI EL DOMICILIO DEL LICITANTE ES FORANEO, NO APLICA PRESENTAR CONSTANCIA DE ADEUDO? ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS. EN CASO QUE SU REPRESENTADA ESTE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PODRÁ PRESENTAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES SEGÚN LE APLIQUEN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	PROPUESTA TECNICA	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR ¿SE TIENEN QUE COTIZAR TODAS LAS PARTIDAS?	DEBERA COTIZAR TODOS LOS SERVICIOS EN LAS PARTIDAS QUE PARTICIPE Y NO SERA NECESARIO COTIZAR TODAS LAS PARTIDAS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

ACCUTECH, S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 2. EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS PROVEEDORES DEBERÁN COMPROBAR QUE LOS TÉCNICOS QUE PROPORCIONEN EL SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA TENGAN EXPERIENCIA PROBADA EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO QUE SE COTIZA, COMO MÍNIMO DE 3 AÑOS, EXPERIENCIA QUE DEBERÁN COMPROBAR CON CURRICULAR, INDICANDO LOS CLIENTES A QUIEN LE HAN PROPORCIONADO SERVICIOS, CON NOMBRE DEL CONTACTO Y NÚMERO TELEFÓNICO PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN.	PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS QUE PROPORCIONAN EL SERVICIO, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR CÉDULA PROFESIONAL, CURRÍCULUM VITAE, DEBIENDO ANEXAR CERTIFICADO (DC3) DE CAPACITACIÓN REFERENTES AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y/O ELECTROMECAÑICOS Y/O DE LABORATORIO CON VALIDÉZ ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O CONSTANCIAS O DIPLOMAS EXPEDIDOS POR FABRICANTES O INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA TÉCNICA CON RECONOCIMIENTO OFICIAL COMO MÍNIMO DE DOS TÉCNICOS EN LA PLANTILLA PROPUESTA POR CADA LICITANTE, ¿SE ACEPTA ?	LA CONVOCANTE RESPONDE SE HARÁ EN FORMATO LIBRE
2	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 3. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON UN ÁREA DE SERVICIO DE POR LO MENOS 24 M2, MISMO QUE SERÁ COMPROBADO DURANTE LA VISITA FÍSICA A SUS INSTALACIONES, EL NO CONTAR CON ESTA ÁREA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ESPECIFIQUE ¿CÓMO ACREDITAREMOS ESTE PUNTO? Y ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA VISITA FÍSICA A LAS INSTALACIONES?	EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL PROVEEDOR ANEXARA LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LA EVIDENCIA QUE CONSIDERE NECESARIA PARA COMPROBAR QUE CUENTA CON UN ÁREA DE SERVICIO DE 24M ² Y LA SECRETARÍA PODRÁ VISITAR ALEATORIAMENTE LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES.
3	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 5.EL LISTADO DE SERVICIOS CORRECTIVOS ES SOLO UNA REFERENCIA PARA LA COTIZACIÓN, LOS SERVICIOS, INCLUIRÁN EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO, EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO DIAGNÓSTICO, HERRAMIENTAS, TRASLADOS, MANIOBRAS, REFACCIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD, ADEMÁS EN CADA SERVICIO, EL PROVEEDOR ESTARÁ OBLIGADO A EMITIR RECOMENDACIONES SOBRE EL BUEN USO DEL EQUIPO Y SOBRE BUENAS PRÁCTICAS QUE CONTRIBUYAN A ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. EN CADA SERVICIO EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR UNA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y AJUSTE DE PARTES REMOVIBLES SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARE, SI, EL SERVICIO INCLUYE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS O ÚNICAMENTE LAS REFACCIONES.	INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSIDERANDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
4	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 6. COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LA SECRETARIA DE SALUD PODRÁ REALIZAR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ESPECIFIQUE ¿CÓMO ACREDITAREMOS ESTE PUNTO? Y ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA VISITA FÍSICA A LAS INSTALACIONES?	EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL PROVEEDOR ANEXARA LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LA EVIDENCIA QUE CONSIDERE NECESARIA PARA COMPROBAR QUE CUENTA CON UN ÁREA DE SERVICIO DE 24M ² Y LA SECRETARÍA PODRÁ VISITAR



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	CON EL FIN DE EVALUAR SU CAPACIDAD TÉCNICA. 3		ALEATORIAMENTE LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES,
5	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 7. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO, SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO AL TIEMPO DE USO DEL EQUIPO Y A SOLICITUD DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE, ¿A QUÉ SE REFIERE CON QUE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SERÁN DE ACUERDO AL USO DEL EQUIPO Y PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS?	LOS SERVICIOS SE REALIZARAN A SOLICITUD DE LA CONVOCANTE MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO EMITIDA POR LA JUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
6	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 9. EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, ESTÁ OBLIGADO A REALIZAR TODOS LOS SERVICIOS QUE SE SOLICITENDURANTE LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS QUE SE FORMALICEN O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO, CUALQUIER TRABAJO ADICIONAL, POR ENCIMA DE LOS MONTOS ADJUDICADOS, SERÁ RESPONSABILIDAD ÚNICA DEL PROVEEDOR, SIN GENERAR OBLIGACIÓN DE PAGO PARA LA SECRETARÍA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, ACLARAR ¿CÓMO SABREMOS SI HEMOS AGOTADO EL MONTO MAXIMO?	EL MONTO MAXIMO SE DETERMINARA DE ACUERDO A LAS PARTIDAS QUE SE ADJUDIQUEN A CADA PROVEEDOR DE ACUERDO A SU PROPUESTA ECONOMICA Y A LOS SERVICIOS REALIZADOS PREVIA AUTOTRIZACION POR LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
7	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 10. EL PROVEEDOR CONTARÁ CON 5 DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR DEL DIAGNÓSTICO Y PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO.	DEBEMOS ENTENDER QUE, ¿NO HABRÁ UNA PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS? ES DECIR, ¿QUÉ LOS MANTENIMIENTOS QUEDAN SUJETOS A LAS NECESIDADES, CADA VEZ QUE SOLICITE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO? FAVOR DE ACLARAR.	LOS SERVICIOS SE REALIZARAN A SOLICITUD DE LA CONVOCANTE MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO EMITIDA POR LA JUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
8	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 11. EL TIEMPO DE EJECUCIÓN PARA LOS SERVICIOS SERÁ EL SIGUIENTE Y EL PLAZO INICIARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR: A.3 DÍAS HÁBILES PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. B.7 DÍAS HÁBILES PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE LA RED FRÍA. C.15 DÍAS HÁBILES PARA EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA. D.12 DÍAS HÁBILES PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS.	FAVOR DE ACLARAR SI, ¿EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL PLAZO ESTABLECIDO EN BASES ES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO?	REFERIRSE AL PUNTO 11 DE LAS CONDICIONES GENERALES PRECISANDO QUE EL INCISO C Y D SE REFIERE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 11. EL TIEMPO DE EJECUCIÓN PARA LOS SERVICIOS SERÁ EL SIGUIENTE Y EL PLAZO INICIARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR: A.3 DÍAS HÁBILES PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. B.7 DÍAS HÁBILES PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE LA RED FRÍA. C.15 DÍAS HÁBILES PARA EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA. D.12 DÍAS HÁBILES PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL CASO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ESTABLEZCA SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO Y SU GRADO DE DIFICULTAD, INDICÁNDOSE EN LA COTIZACION A PRESENTAR, DERIVADO DE QUE NO SE TIENE UN CATÁLOGO ESPECÍFICO DE REPARACIONES AUNADO QUE ESTAS NO SON IGUALES Y NO SE PUEDE DETERMINAR EL NÚMERO EXACTO DE REFACCIONES A SUSTITUIR, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PEGARSE AL PUNTO 12 DE LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN EL ANEXO TECNICO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

9	<p>ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 22. EN CASO DE QUE SE REALICE CALIBRACIÓN AL EQUIPO, SE DEBE PROPORCIONAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE A LA UNIDAD HOSPITALARIA CON EL FIN DE ANEXARLO A LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, SE DEBERÁ ANEXAR ESTE CERTIFICADO EN LA ORDEN DE SERVICIO, ESTO SERÁ SIN COSTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD.</p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI, ¿LOS CERTIFICADOS DEBEN SER EMITIDOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), FABRICANTE Y/O EQUIVALENTE?</p>	<p>DEBEN SER EMITIDOS POR UN TERCERO CON ACREDITACION ANTE LA EMA</p>
10	<p>ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 23. AL TERMINO DEL SERVICIO EL PROVEEDOR DEBERÁ MOSTRAR LOS COMPONENTES REEMPLAZADOS A CADA EQUIPO A LOS SUPERVISORES DESIGNADOS POR LA UNIDAD HOSPITALARIA Y/O LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, Y EN SU PRESENCIA PROCEDERÁ EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A SU DESTRUCCIÓN PARA EVITAR LA REUTILIZACIÓN DE ESTOS COMPONENTES EN OTROS EQUIPOS, LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN AVALA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO.</p>	<p>DEBEMOS ENTENDER QUE, EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO, AL RECIBIRSE, NO CUENTE CON ALGÚN COMPONENTE, SERÁ SUFICIENTE CON DEJARLO ACENTADO EN LA ORDEN DE SERVICIO.</p>	<p>EN CASO DE QUE ALGUN EQUIPO NO CUENTE CON ALGUN COMPONENTE AL PRESENTARSE EL PROVEEDOR PARA LA REPARACION DEBERA REGISTRAR ESTE FALTANTE EN LA ORDEN DE SERVICIO</p>
11	<p>ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 25. LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SERÁ DE 60 DÍAS HÁBILES CONTINUOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO ANTES DE LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA, EL PROVEEDOR CONTARA CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 12 Y UNA VEZ RECIBIDO EL SERVICIO DE CONFORMIDAD, INICIARA NUEVAMENTE EL PLAZO DE 60 DÍAS CONTINUOS DE GARANTÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS Y SI LA FACTURA POR EL SERVICIO YA FUE TRAMITADA EL PROVEEDOR OTORGARÁ A LA SECRETARIA DE SALUD UNA NOTA DE CRÉDITO POR EL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL O EN SU CASO SE HARÁ VALIDA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LOS REPORTES DE GARANTÍA SERÁN MEDIANTE FORMATO PREVIAMENTE ESTABLECIDO.</p>	<p>CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR Y QUE LOS PLAZOS A LOS QUE SE REFIERE SON LOS ESTABLECIDOS EN EL EL NUMERAL 11, Y NO EN EL 12 COMO SE MENCIONA, SOLICITANDO A LA CONVOCANTE ACLARAR.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION LOS PLAZOS SE ESTABLECEN EN EL NUMERAL 11 DE LAS CONDICIONES GENRALES DEL SERVICIO</p>
12	<p>ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 25. LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SERÁ DE 60 DÍAS HÁBILES CONTINUOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO ANTES DE LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA, EL PROVEEDOR CONTARA CON LOS</p>	<p>DEBEMOS ENTENDER QUE, ¿EN CASO DE FALLA NUEVA LA GARANTÍA SERÁ ÚNICAMENTE POR LOS TRABAJOS NUEVOS REALIZADOS?, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ACLARAR PREGUNTA</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 12 Y UNA VEZ RECIBIDO EL SERVICIO DE CONFORMIDAD, INICIARA NUEVAMENTE EL PLAZO DE 60 DÍAS CONTINUOS DE GARANTÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS Y SI LA FACTURA POR EL SERVICIO YA FUE TRAMITADA EL PROVEEDOR OTORGARÁ A LA SECRETARIA DE SALUD UNA NOTA DE CRÉDITO POR EL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL O EN SU CASO SE HARÁ VALIDA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LOS REPORTES DE GARANTÍA SERÁN MEDIANTE FORMATO PREVIAMENTE ESTABLECIDO.		
13	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 26. LOS SERVICIOS NO REALIZADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA SE CONSIDERARÁN NO REALIZADOS.	ENTENDOMOS QUE, ¿UNA VEZ CULMINADO EL MANTENIMIENTO SEGÚN EL MANUAL DE FABRICANTE ÉSTE ES CONSIDERADO PARA SER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE.	LOS SERVICIOS SOLICITADOS DEBERAN ENTREGARSE TOTALMENTE CONCLUIDOS CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EN SU CASO CALIBRACIONES PARA PODER SER RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE
14	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 27. SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 0.5% SOBRE EL IMPORTE DE LA COTIZACIÓN POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO EN LA ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO Y LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DEFINIR EL PLAZO A PARTIR DEL CUAL, EMPIEZA A COMPUTARSE EL TÉRMINO PARA LA ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO Y LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE?	APEGARSE AL PUNTO 10 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
15	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 33. I. LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CONTRATO DEBERÁN INDICARSE EN LA COTIZACIÓN Y SE DEBERÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA PODER EJECUTARLOS. SI ESTOS NO SON AUTORIZADOS Y SE EJECUTAN, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR POR LO QUE NO PROCEDERÁ PAGO ALGUNO.	ENTENDEMOS QUE, ¿SI LA REPARACIÓN NO SE ENCUENTRA INDICADA EN EL ANEXO 1, SE CONSIDERARÁ COMO CONCEPTO EXTRAORDINARIO? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO
16	ANEXO 1 - 1.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 34. EL O LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, DEBERÁN PRESENTAR ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, COPIA ELECTRÓNICA DE LOS MANUALES TÉCNICOS Y DE SERVICIO DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES PARTIDAS MÉDICAS QUE COTICE, SI LOS MANUALES ESTÁN EXPEDIDOS EN CUALQUIER IDIOMA DISTINTO AL IDIOMA ESPAÑOL, SE DEBERÁN PRESENTAR CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL Y EN FORMATO ELECTRÓNICO.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI, PODEMOS PRESENTAR MANUALES DE USUARIO, Y/O MANUALES TÉCNICOS, Y/O MANUALES OPERATIVOS Y/O MANUALES DE SERVICIO. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A BASES
17	NUMERAL 4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PRESENTE NUMERAL (INCISOS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, ¿CUÁL ES EL PERÍODO DE VIGENCIA QUE DEBERAN COMPRENDER LAS	LA CONVOCANTE RESOONDE QUE LAS COPIAS CERTIFICADAS NO TIENEN PERIODO DE VIGENCIA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	"A" AL "M"). DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DEL SOBRE ÚNICO CERRADO (CAJA, PAQUETE, ETC.), EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE, DE FORMA IMPRESA, ESCANEADA Y COMPLETA (EN FORMATO PDF) EN CD O DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (USB), LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PRESENTADA SERÁ DEVUELTA AL TÉRMINO DE SU REVISIÓN.	COPIAS CERTIFICADAS?, EN CASO DE QUE SE OPTÉ POR PRESENTAR ESTA OPCIÓN.	
18	NUMERAL 4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA E) PODER NOTARIAL CON FACULTADES SUFICIENTES, DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA O, EN SU CASO, DE LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE.	POR ECONOMÍA PROCESAL, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO QUE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO SE ENCUENTRE EN LA MISMA ACTA CONSTITUTIVA, SE ACEPTÉ SOLO UNA COPIA, LO ANTERIOR DADO QUE, YA SE SOLICITA EN EL NUMERAL 4.3 INCISO B, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO RESPONDA ORIGINAL PARA COTEJO
19	NUMERAL 4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3 (PAG261), "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO), CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE...	SI LA EMPRESA TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, ¿ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO NO APLICA? Y, A FIN DE PODER ACREDITARLO, BASTARÁ CON PRESENTAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (ORIGINAL), EN EL CUAL SEÑALE QUE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES FISCALES EN DICHA ENTIDAD, ACOMPAÑÁNDOSE DEL ANEXO 3 Y 4.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.3.1 DE LAS BASES SE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS.
20	NUMERAL 4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA H) CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON VIGENCIA AL ACTO DE FALLO.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ACREDITAR ESTE PUNTO, PRESENTAR CONSTANCIA DE TRÁMITE DE PADRÓN DE PROVEEDORES, YA QUE DICHO TRÁMITE DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 14 QUARTER DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE TENDRÍA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD.	LA CONVOCANTE RESPONDE DEBERA PRESENTAR ACUSE DEL INICIO DE TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADO, ASÍ COMO LA CONSTANCIA ANTERIOR, SIN EMBARGO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR INVARIABLEMENTE EL ORIGINAL VIGENTE DEL DOCUMENTO.
21	NUMERAL 4.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA M) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NÚMERO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DEL 2022, POR EL QUE SE APROBARON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO SU ANEXO ÚNICO, A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDA POR EL IMSS EN SENTIDO POSITIVO, ES VIGENTE ÚNICAMENTE DURANTE EL DÍA	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LA VIGENCIA A SU DOCUMENTO ES PROCEDENTE, TODA VEZ QUE, DA CUMPLIMIENTO AL PERIODO COMPRENDIDO EN EL SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.3 INCISO M DE LAS BASES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

		DE LA FECHA EN QUE HA SIDO GENERADA.	
22	<p>NUMERAL 4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL A. A TRAVÉS DEL ANEXO 3 (PAGS 261-262), DE ESTAS BASES, EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA CUMPLIDO DEBIDAMENTE CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 8.2, 8.3 Y 8.4 DE LA CIRCULAR CONTRALORÍA GENERAL PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA; EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y LA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL EJERCICIO DE RECURSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS CINCO EJERCICIOS A LA FECHA, SEÑALANDO EN DICHO ANEXO LAS OBLIGACIONES QUE LE SON APLICABLES Y LAS QUE NO LE APLICAN.</p>	<p>EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR ¿QUÉ OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE SOLICITA, DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE AL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS?</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER, QUE SI EL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA ESTA FUERA DE CDMX, ÚNICAMENTE DEBEMOS REQUISITAR EL ANEXO 4, TAL Y COMO LO INDICA EL NUMERAL 4.3.1 INCISO D) DE LAS BASES Y NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO PRESENTAR EL ANEXO 3.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR, QUE DEBEMOS PRESENTAR PARA ACREDITAR ESTE PUNTO.</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.3.1 DE LAS BASES SE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHO IMPUESTOS.</p>
23	<p>NUMERAL 4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL B. SI LA CAUSACIÓN... PARA EL CASO DE QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ REQUISITAR OBLIGATORIAMENTE DICHO ANEXO.</p>	<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, ¿QUÉ ANEXO DEBEMOS PRESENTAR PARA ACREDITAR ESTE PUNTO?</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.3.1 DE LAS BASES SE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHO IMPUESTOS.</p>
24	<p>NUMERAL 4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL D. EN EL SUPUESTO, DE QUE EL INMUEBLE EN EL QUE RESIDE EL DOMICILIO FISCAL DE LICITANTE, NO SEA DE SU PROPIEDAD Y POR ELLO, NO ESTE SUJETO A ALGUNA CONTRIBUCIÓN REFERIDA EN EL ANEXO 3 (PAGS 261-262). (OBLIGACIONES FISCALES), ADICIONALMENTE AL ESCRITO DE ESTE INCISO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DEL INSTRUMENTO LEGAL, VIGENTE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, MEDIANTE EL QUE ACREDITE DICHO SUPUESTO.</p>	<p>EN CASO DE QUE EL INMUEBLE EN EL QUE RESIDE EL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA NO SEA DE SU PROPIEDAD, BASTARÁ CON PRESENTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE.</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.3.1 INCISO D) DE LAS BASES SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DEL INSTRUMENTO LEGAL VIGENTE A LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA, MEDIANTE EL QUE ACREDITE DICHO SUPUESTO</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

25	<p>NUMERAL 4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL D. EN EL SUPUESTO, DE QUE EL INMUEBLE... EN CASO DE CONTAR CON VEHÍCULOS ARRENDADOS O EN COMODATO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS.</p>	<p>EN CASO DE QUE LOS VEHÍCULOS SEAN ARRENDADOS POR LA EMPRESA, BASTARÁ CON ¿PRESENTAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE? Y, EN CASO DE QUE LOS VEHÍCULOS PROPIOS SE ENCUENTRAN EMPADRONADOS EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, ¿QUE DOCUMENTOS DEBEMOS PRESENTAR?</p>	<p>SI DEBEN PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LOS VEHICULOS SON ARRENDADOS LA ACRREDITACION DEBERA SER VIGENTE EN EL CASO DE LOS PROPIOS QUE SE ENCUENTRAN EMPADRONADOS EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA NO DEBRAN PRESENTAR ACRREDITACION</p>
26	<p>NUMERAL 4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL D. EN EL SUPUESTO, DE QUE EL INMUEBLE... EN CASO DE CONTAR CON VEHÍCULOS ARRENDADOS... PARA EL CASO DE QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR CONSIGUIENTE NO LE APLIQUEN LOS IMPUESTOS REFERIDOS EN LOS ANEXOS 3 Y 4, EL LICITANTE DEBERÁ REQUISITAR OBLIGATORIAMENTE EL ANEXO 4, SEÑALANDO BREVEMENTE EL MOTIVO POR EL CUAL NO LE APLICAN.</p>	<p>ES CORRECTO ENTENDER QUE SI EL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA ES FUERA DE CDMX, ÚNICAMENTE DEBEMOS REQUISITAR EL ANEXO 4, TAL Y COMO LO INDICA EL NUMERAL 4.3.1 INCISO D. DE LAS BASES Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO PRESENTAR EL ANEXO 3.</p>	<p>LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE DA ATENCIÓN REITERANDO LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NUMERO 1 (DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS).</p>
27	<p>NUMERAL 4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL I.</p>	<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, ¿QUÉ ESCRITO DEBEMOS PRESENTAR EN ESTE PUNTO? O SI SÓLO FUE UN ERROR EN LA NUMERACION.</p>	<p>SE DA ATENCION DE ACUERDO A LA PRECISION 1 DE LA PRESENTE JUNTA</p>
28	<p>4.4.1 PROPUESTA TÉCNICA LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA MIXTA, TANTO EN FORMATO ELECTRÓNICO PDF COMO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL MODELO DE FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE "LA PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO 19 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023", PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPO Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO AL ANEXO 1, CONSIDERANDO ADEMÁS LO ESTABLECIDO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES; ADEMÁS DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, TODOS LAS CARTAS, MANIFIESTOS Y FORMATOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p>	<p>CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR Y QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA MIXTA, CONFORME AL MODELO DE FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE "LA PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO 18, ¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>EL ANEXO TECNICO CORRESPONDE AL 18 Y LA PROPUESTA ECONOMICA AL 19</p>
29	<p>ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023" (PARTIDA 3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA PODER REALIZAR LA COTIZACIÓN CORRECTAMENTE, PROPORCIONE "LA CANTIDAD REFERENCIAL DE EQUIPOS MÍNIMOS Y MÁXIMO?"</p>	<p>CANTIDAD REFERENCIAL ES UNO</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO)		
30	ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023" (PARTIDA 3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARÉ, SI EN CASO DE QUE ALGUNA PARTIDA NO CUENTE CON MARCAS Y MODELOS, Y ESTA SEÁ ADJUDICADA NO SE PRESENTARÁ LOS MANUALES DE USUARIO, Y/O MANUALES TÉCNICOS, Y/O MANUALES OPERATIVOS Y/O MANUALES DE SERVICIO.?	APEGARSE A LAS BASES
31	ANEXO 18 "FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA"	PARA REALIZAR EL CORRECTO LLENADO DEL FORMATO ANEXO 18, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS IDIQUE QUE DEBEMOS PLASMAR EN LAS COLUMNAS "CLAVE CAMBS" Y "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTA"	SE OMITE LA CLAVE CAMBS Y RESPECTO A LA DESCRIPCION TECNICA SERA CONFORME AL ANEXO 1
32	ANEXO 18 "FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA"	PARA REALIZAR EL CORRECTO LLENADO DEL FORMATO ANEXO 18, LA COLUMNA "DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO" DEBEMOS PLASMAR TODO LO QUE SE SOLICITA EN ANEXO 1 Y NUMERAL 1.2 DEL ANEXO 1, ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTO
33	ANEXO 19 "FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA"	PARA REALIZAR EL CORRECTO LLENADO DEL FORMATO ANEXO 19, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE DEBEMOS PLASMAR EN LAS COLUMNAS "CLAVE CAMBS", "DESCRIPCION" Y "CANTIDAD REFERENCIAL".	SE OMITE LA CLAVE CAMBS, LA DESCRIPCION SE DEBE CONSIDERAR LA DESCRIPCION DEL ANEXO 1 Y LA CANTIDAD REFERENCIAL ES UNO
34	ANEXO 19 "FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE, EL PORCENTAJE MÍNIMO A CONSIDERAR PARA EL PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO ES DEL 10% CON IVA INCLUIDO.	ES CORRECTO EL MONTO MINIMO A EJERCER ES EL RESULTADO DEL 10% DEL PRESUPUESTO TOTAL
35	ANEXO 19 "FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA"	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA PODER REALIZAR LA PROPUESTA ECONOMICA, ESTA SE COTIZARÁ POR CADA CONCEPTO ENLISTADO EN LA PARTIDA Y LA SUMATORIA TOTAL SERÁ EL PRECIO COTIZADO?	DEBERA COTIZAR TODOS LOS SERVICIOS EN LAS PARTIDAS QUE PARTICIPE Y NO SERA NECESARIO COTIZAR TODAS LAS PARTIDAS
36	ANEXO 19 "FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA"	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA PODER REALIZAR LA PROPUESTA ECONOMICA, ESTA SE COTIZARÁ POR LA SUMATORIA TOTAL DE LOS CONCEPTOS ENLISTADOS POR LA CANTIDAD REFERENCIAL DE LOS EQUIPOS?	DEBERA COTIZAR EL TOTAL DE LOS SERVICIOS DE CADA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPE INDICAR EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA ECONOMICA POR PARTIDA.
37	EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 26, 27 INCISO A), 28, 30 FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 36, 37, 43 Y 63 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 36, 37, 41, 53, 55 Y 56 DE SU REGLAMENTO; 129 FRACCIONES IX, X, XIV Y XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL NUMERAL 5.4 DE LA CIRCULAR UNO	FAVOR DE ACLARAR QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ESTA CONVOCADO BAJO EL AMPARO DEL ARTÍCULO 43 DE LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE CORRESPONDE A LICITACIÓN PÚBLICA Y NO COMO DICE LAS BASES QUE ESTAN FUNDAMENTADAS EN ARTÍCULO 56 DE LA LEY.	ES CORRECTO ESTA FUNDAMENTADO EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 56 DE SU REGLAMENTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

	<p>2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MODIFICADA EL 23 DE FEBRERO DE 2022 CONVOCA A PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES NACIONALES, EN ADELANTE LOS LICITANTES, A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"</p>		
--	---	--	--

IG INNOVACIONES BIOMÉDICAS S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA	EN LA TABLA DEL ANEXO 19 SE ENCUENTRA UN APARTADO CON EL NOMBRE "CLAVE CABMS" ¿DE DÓNDE PODEMOS TOMAR DICHA INFORMACIÓN?	LA CLAVE CAMBS SE OMITI
2	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA	EN LA TABLA DEL ANEXO 19 SE ENCUENTRA UN APARTADO CON EL NOMBRE "CANTIDAD REFERENCIAL" ¿ESTE DEBE SER IGUAL A UNO?	ES CORRECTA SU APRECIACION

AXEL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS DE MANERA PRESENCIAL

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 18. FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA	A QUE SE REFIERE EN LA COLUMNA 2 CLAVE CAMBS COMO SE LLENA ESA COLUMNA	SE OMITI CLAVE CAMBS
2	ANEXO 19. FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA	<p>EN LA COLUMNA 6 A QUE SE REFIERE CON LA DESCRIPCION TECNOCA DEL SERVICIO PROPUESTA?, SE REPITE LA DESCRIPCION DE LA COLUMNA 3?</p> <p>¿A QUE SE REFIER EN LA COLUMNA 2 CLAVE CAMBS? COMO SE LLENA ESA COLUMNA?</p> <p>SE LLENA UN FORMATO POR PARTIDA?</p> <p>SE AGREGA UN FORMATO CON EL MONTO TOTAL EN QUE PARTICIPA?</p>	<p>OMITIR LA COLUMNA 6</p> <p>SE OMITI CLAVE CAMBS</p> <p>ES CORRECTO, SE DEBERA COLOCAR EL COSTO TOTAL DE LA MISMA PARTIDA</p> <p>NO ES NECESARIO</p>

III. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE RESPONDIERON SI TENER ALGUNO.

LA REPRESENTANTE DE **ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO S.A. DE C.V.** MANIFIESTA QUE EN LA PREGUNTA 3 REFIERE QUE "SE DEBEN CONSIDERAR EN LA COTIZACION EL SUMINISTRO O REMPLAZO DE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y/O REFACCIONES. ¿ES CORRECTO?" A LO QUE SE RESPONDIÓ QUE ES CORRECTO, SIN EMBARGO SOLICITA LA ACLARACION DE CUALES SON ESOS ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

REFACCIONES.....

LA CONVOCANTE CEDE LA PALABRA AL AREA REQUERENTE EL **ING ANTONIO ALVAREZ GARCÍA**, QUE ACLARA QUE EL REMPLAZO DE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES SE DEBERÁN COTIZAR POR SEPARADO, POR LO QUE NO SE INCLUYEN.

ACTO SEGUIDO LA REPRESENTANTE EN MENCION REFIERE QUE EN SU PREGUNTA 4 CONSISTENTE EN "EL CONCEPTO DEL RENGLON 384 SE REFIERE A LO INDICADO EN EL PUNTO 1.2 CONDICIONES GENERALES, 5. "LOS SERVICIOS, INCLUIRÁN EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO, EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO DIAGNÓSTICO, HERRAMIENTAS, TRASLADOS, MANIOBRAS, REFACCIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD, ADEMÁS EN CADA SERVICIO, EL PROVEEDOR ESTARÁ OBLIGADO A EMITIR RECOMENDACIONES SOBRE EL BUEN USO DEL EQUIPO Y SOBRE BUENAS PRÁCTICAS QUE CONTRIBUYAN A ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. EN CADA SERVICIO EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR UNA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y AJUSTE DE PARTES REMOVIBLES SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD". ¿ES ESTO CORRECTO?", A LO QUE SE RESPONDIO NO ES CORRECTO, EN ESE SENTIDO SOLICITA SE ACLARE SI LOS CONCEPTOS LIMPIEZA GENERAL Y LIMPIEZA PROFUNDA SON LOS, MISMOS.

NUEVAMENTE SE CEDE EL USO DE LA VOZ AL ÁREA REQUERENTE A TRAVÉS DEL **ING ANTONIO ALVAREZ GARCÍA**, QUIEN REFIERE QUE EXISTE UNA CONFUSIÓN ENTRE EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y LIMPIEZA PROFUNDA POR LO QUE EN EL NUMERAL 5 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DEL ANEXO TÉCNICO, SE SUPRIME EL PÁRRAFO "..EN CADA SERVICIO EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR UNA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y AJUSTE DE PARTES REMOVIBLES SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARIA DE SALUD..." ASÍ MISMO SEÑALA QUE EL CONCEPTO DE LIMPIEZA PROFUNDA SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO QUE HAGA EL PROVEEDOR.....

EL REPRESENTANTE DE **AXEL INSTRUMENTS S.A. DE C.V.**, EL **C. RAFAEL OLVERA AGUILAR** MANIFIESTA QUE PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS SI ESTE ES NUEVO SE VA ACEPTAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMITIDO POR EL FABRICANTE.....

EN USO DE LA VOZ EL **ING. ALVAREZ** SEÑALA QUE ES NECESARIO EL CERTIFICADO EMITIDO POR UNA ENTIDAD ACREDITADA POR LA EMA.....

EL REPRESENTANTE DE **ACCUTECH, S.A. DE C.V.**, MANIFIESTA QUE EN RELACIÓN A LO ANTES ACLARADO LA RESPUESTA A SU PREGUNTA 3 CORRESPONDERÍA A LA RESPUESTA DE QUE NO INCLUYE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES POR LO QUE EL ÁREA REQUERENTE CONTESTO QUE SI.....

IV. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.....

V. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS LICITANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A **LA CONVOCANTE** ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES CUANDO ESTIME CONVENIENTE.....



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

VI. LA CONVOCANTE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2023, A LAS 09:30 HORAS EN ESTA MISMA SALA.-

VII. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS 18:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO





ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRA. EMMA LUZ LOPEZ JUAREZ REPRESENTANTE	
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	ING. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ GARCÍA REPRESENTANTE	
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTOS	LIC. NANCY MOLINA MARTINEZ	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. ARIANA GALICIA MARTINEZ	

POR LOS LICITANTES

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTATE	FIRMA
AXEL INSTRUMENTS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	RAFAEL OLVERA AGUILAR	
SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A DE C.V.	JAZMÍN ARELI DELGADO MEDINA	
SERVICIOS INTEGRALES EN EQUIPO MEDICO, S.A DE C.V.	ABEL PACHECO RIVERA	
PAK BIOMEDLAND TECH CARES S.A DE C.V.	JORGE A. MONTAÑO E.	
INSTRUMENTO BIOMEDICO DE MÉXICO, S.A DE C.V.	JOSÉ DAVID GRAPIA GONZÁLEZ <i>Carapia</i>	
INGENIERIA Y SISTEMAS PROFESIONALES KYOL S.A DE C.V.	CARLOS RICARDO MARISCAL SANDOVAL	
9 ONCE DISTRIBUIDORA S.A DE C.V.	CARLOS DANIEL ARELLANO GÓMEZ	
SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES S.A DE C.V.	MARIANA CRUZ ROMERO	
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SALUD S.A DE C.V.	ANAY LÓPEZ VERA	
HOSPITIUM SOLUTIONS S.A DE C.V.	LUIS ROBERTO DE LUNA RODRÍGUEZ	
SOLUCIONES Y EQUIPOS MÉDICOS RIED, S.A DE C.V.	JESSICA D. CRUZ GONZÁLEZ	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-023-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

ACCUTECH S.A DE C.V.	CARLOS M. ALCALÁ RIVERA	
IG INNOVACIONES BIOMÉDICA S.A DE C.V	IRMA CONDE LORA	
INGENIERÍA SUSTENTABLE EN MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	ALEJANDRO AVILA LU	
JOSÉ E. NIEVES RODRÍGUEZ	JOSÉ E. NIEVES RODRÍGUEZ	
ASESORÍA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMÉDICO S.A DE C.V.	HILDA LETICIA MORALES GALÁN	
BIOMÉDICA RAROCH, S.A DE C.V.	RODRIGO ARIAS HUESCA	
SIX MED S.A DE C.V.	GERMAN BJORQUEZ SEGOVIA SALGADO	
ADG MEDICAL S.A DE C.V.	JOSÉ ANIBAL ROMERO ROMERO	
PLURI SERVICIOS BIOMEDICOS S.A DE C.V.	MARÍA GABRIELA CRUZ	

