



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".


SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019, EN LA SALA "A" DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 10, ALA NORTE, DEL EDIFICIO UBICADO EN ALTADENA NÚMERO 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL LIC. EDUARDO E. CASTILLO ARROYO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA) PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO" HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----

-----  
**HECHOS**  
-----

I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: -----

II.

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. EDUARDO E. CASTILLO ARROYO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	LIC. RAFAEL DE VILLA ARPÓN
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. JUAN MERCADILLO AGUILAR
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C.D. ALEJANDRO GARCIA JURADO
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ING. ALEJANDRO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN
POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ESTA SECRETARÍA DE SALUD	C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO REPRESENTANTE
	LUZ DEL SOCORRO GÓMEZ VIVANCO REPRESENTANTE



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

III. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES:

<b>COMERLAT, S.A. DE C.V.</b>	<b>JUAN CARLOS LARA PEREA</b>
<b>DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>MICHELLE LÓPEZ HERNANDEZ</b>
<b>CIPROM MEDICAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>OMAR DOMINGUEZ CERVANTES</b>

LA CONVOCANTE HACE LAS SIGUIENTES PRESICIONES A LAS PRESENTES BASES: -----

PÁGINA 9, NUMERAL 4.1 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS INCISO A DICE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEBE DECIR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-----

PÁGINA 13, NUMERAL 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO J DICE CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE DE LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN QUE AVALE A POR LO MENOS CUATRO TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBE DECIR CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE DE LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN QUE AVALE A POR LO MENOS CATORCE TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-----

PÁGINA 15, DICE NUMERAL 4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEBE DECIR NUMERAL 5. -----

PÁGINA 15, DICE NUMERAL 4.1 JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEBE DECIR 5.1. -----

PÁGINA 17, DICE NUMERAL 5.4 DICTÁMEN DEBE DECIR 5.5. -----

PÁGINA 17, DICE NUMERAL 5.5 FALLO DEBE DECIR 5.6. -----

I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 43 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", 41 FRACCIÓN I DE SU "REGLAMENTO" Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE. LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, DA RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**COMERLAT, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

**PREGUNTA 1.-**ES CORRECTO ENTENDER POR PARTE DE TODOS LOS LICITANTES, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR "CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE Y A NOMBRE DEL LICITANTE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO II "DEL PADRÓN DE PROVEEDORES" DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 24 DE MAYO DE 2017.

POR LO QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA LA CONSTANCIA VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO?-----

**RESPUESTA:** REFERENTE AL 1.4 SOBRE PROVEEDORES SALARIALMENTE RESPONSABLES, ES CORRECTO, ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE PROVEEDORES SALARIALMENTE RESPONSABLES.-----

**PREGUNTA 2.-** SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA ES DE ORIGEN NACIONAL TAL Y COMO LO DEMUESTRA EN SU ACTA CONSTITUTIVA Y PRESENTA PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

¿SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** REFERENTE AL 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN, Y PUNTO 4.4 INCISO H ANEXO 9, SE ACEPTA SU PROPUESTA.-----

**PREGUNTA 3.-** SOLICITAMOS NOS INDIQUE COMO DEBERÁ LLENARSE EL ANEXO 9 YA QUE LOS BIENES SON DE ORIGEN EXTRANJERO Y LA LICITACIÓN ES DE CARÁCTER NACIONAL-----

**RESPUESTA:** REFERENTE AL 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN Y PUNTO 4.4 INCISO H ANEXO 10, DE ACUERDO A NUESTRO SONDEO DE MERCADO EL SERVICIO CONTIENE POR LO MENOS EL 50% DE INTEGRACIÓN NACIONAL POR LO QUE DEBERA MANIFESTAR EL GRADO EN SU PROPUESTA Y SU PAIS DE ORIGEN.-----

**PREGUNTA 4.-** EN EL CASO DE MI REPRESENTADA COMO LO PERMITE LA LEY, LA MAYORÍA DEL PERSONAL ESTÁ CONTRATADO POR OUTSOURCING, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE MI REPRESENTADA Y LA EMPRESA QUE LLEVA LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL (OUTSOURCING), ASÍ COMO EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL PERSONAL, CON LAS COPIAS LEGIBLES DEL ALTA PATRONAL ANTE EL IMSS, MOVIMIENTOS AFILIATORIOS Y PAGO DEL ÚLTIMO BIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.-----

Handwritten marks and signatures in blue ink on the right side of the page, including a vertical line, the number '2', and several illegible signatures.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**RESPUESTA:**. 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO K, SE ACEPTA SU PROPUESTA. -----

**PREGUNTA 5.-**SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, EN CASO DE NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS FUNDAMENTE SU RESPUESTA, DEBIDO A QUE EN TODAS LAS LICITACIONES QUE PARTICIPA MI REPRESENTADA SIEMPRE ES ACEPTADA. -----

**RESPUESTA:**. 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO K, YA SE DIO RESPUESTA EN LA PREGUNTA ANTERIOR. -----

**PREGUNTA 6.-**POR DOCUMENTO EN ORIGINAL SE ENTIENDE QUE PUEDE SER EL ELECTRÓNICO CON LA CADENA DIGITAL, DEBIDO A QUE MUCHA INFORMACIÓN SE GENERA MEDIANTE EL PORTAL ELECTRONICO DE DIVERSAS INSTITUCIONES.-----

**RESPUESTA:**. 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO M, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN-----

**PREGUNTA 7.-**SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ES PERMITIDA ENTRE MYPIMES SOLAMENTE O PUEDEN PARTICIPAR EMPRESAS GRANDES EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MYPIMES. -----

**RESPUESTA:**. 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO U, DE ACUERDO A LAS "REGLAS PARA FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y LOS ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL", LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA SÓLO ES PERMITIDA ENTRE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS-----

**PREGUNTA 8.-**SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUÉ SE REFIERE CON EL TÉMINO "LOCALES" -----


**RESPUESTA:**. 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO U, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES Y A LA CIRCULAR UNO VIGENTE, SE ENTIENDE COMO LOCALES A LAS EMPRESAS RADICADAS EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIN EXCLUIR A LAS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.-----

**PREGUNTA 9.-**SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL LICITANTE DEBA PRESENTAR AL MENOS DOS CONTRATOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, QUE DEMUESTRE EXPERIENCIA EN EL 2017 Y 2018.  
¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:**. 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO A, SE ACEPTA LA PROPUESTA.-----

**PREGUNTA 10.-** DEBEMOS ENTENDER QUE POR TRATARSE DE 15 HOSPITALES CONFORME AL ANEXO 1.2.1, CUYA ATENCIÓN SERÁ LAS 24 HRS.DEL DÍA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO 4.4. INCISO M) Y QUE PROBABLEMENTE ATENDERÁN CASOS DE URGENCIAS, LA CANTIDAD MÍNIMA DEL PERSONAL QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE ES DE POR LO MENOS

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

15 LICENCIADOS Y/O TÉCNICOS EN ENFERMERÍA CAPACITADOS EN CIRUGÍA EN LAPAROSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIATRICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA:**. SE CONSTESTA CON LA APRECIACIÓN A ESTAS BASES DE LA PÁGINA 13, DADO QUE PUEDE SER ITINERANTE EL EQUIPO ENTRE PERALVILLO Y MOCTEZUMA. -----

**PREGUNTA 11.-**SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, EN CASO DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS ESPECIFIQUE EL NÚMERO DEL PERSONAL LICENCIADOS Y/O TÉCNICOS EN ENFERMERÍA QUE DEBEMOS CONTEMPLAR PARA EL SERVICIO, YA QUE PARA MANEJAR 15 HOSPITALES LAS 24 HRS. DEL DÍA, MÁS LAS URGENCIAS, SE REQUIERE MÁS DE 4 TÉCNICOS COMO LO ESTÁN SOLICITANDO. PUEDE ACLARARNOS PARA ESTAR EN SINTONÍA CON LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE QUIEREN BRINDAR, PUES DE ACUERDO A LA PRÁCTICA RESULTA INSUFICIENTE 4 TÉCNICOS PARA ATENDER EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. FAVOR DE ACLARAR-----

**RESPUESTA:**. SE RESPONDE EN LA PREGUNTA ANTERIOR-----

**PREGUNTA 12.-**PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRA PRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE DE CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS RELACIONANDOS EN EL ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA:**. 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO J, SE ACLARA QUE LA CONSTANCIA QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA CADA UNO DE LOS 15 TÉCNICOS DEBE SER EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO DE LAPAROSCOPIA OFERTADO-----

**PREGUNTA 13.-**ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ASISTENCIA TÉCNICA SE PRESTARÁ LAS 24 HRS. A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL SERVICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ¿ES CORRECTO? -----

**RESPUESTA:**. 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO M, EL SERVICIO DE ASISTENCIA DEBERÁ PRESENTARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO EN CASOS DE URGENCIA.-

**PREGUNTA 14.-** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL PUNTO PORQUE ENCARECE EL SERVICIO Y LOS TITULARES DE LOS REGISTROS EN MUCHAS OCASIONES NO FACILITAN SUS ORIGINALES PARA EMITIR COPIAS CERTIFICADAS, POR LO QUE PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS PERMITA PRESENTAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA LICITACIÓN EN COPIA SIMPLE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:**. 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO P, EL PUNTO NO SE ELIMINA PERO SE ACEPTA QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS, DEBAN PRESENTAR EL MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA LICITACIÓN EN COPIA SIMPLE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL. -----

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a vertical line, a '2', a '5', a '8', and several scribbles at the bottom right.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**PREGUNTA 15.-** 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO R) CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, ENTREGARÁ UNA COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL INCISO ANTERIOR, EN EL CASO DE EQUIPO, ADICIONALMENTE SE DEBE ENTREGAR EL PEDIMENTO ADUANAL QUE DEMUESTRE QUE SON NUEVOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL PUNTO PORQUE ENCARECE EL SERVICIO Y LOS TITULARES DE LOS REGISTROS EN MUCHAS OCASIONES NO FACILITAN SUS ORIGINALES PARA EMITIR COPIAS CERTIFICADAS, POR LO QUE PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS PERMITA PRESENTAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA LICITACIÓN EN COPIA SIMPLE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL.-----

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA ELIMINAR EL PUNTO. DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, ENTREGARÁ UNA COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL INCISO Q) DE ESTE NUMERAL, EN EL CASO DE EQUIPO, ADICIONALMENTE SE DEBE PROPORCIONAR A LAS UNIDADES MEDICAS AL ENTREGAR LOS EQUIPOS, COPIA DEL PEDIMENTO ADUANAL ASI COMO FACTURA DE LOS EQUIPOS PARA DEMOSTRAR QUE SON FUNCIONALMENTE NUEVOS NO MAYOR A 3 AÑOS-----

**PREGUNTA 16.-** CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PODER CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE OFERTAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE EL REQUISITO DE LAS CARTAS DE APOYO. ESTO DEBIDO A QUE ESTE REQUISITO FUNCIONA COMO UN "CANDADO" CON EL CUAL LOS PROVEEDORES QUE MANEJAN ACTUALMENTE EL SERVICIO, GARANTIZAN QUE ÚNICAMENTE ELLOS CONTARÁN CON DICHA CARTA Y POR LA TANTO SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN RESULTAR SOLVENTES EN SUS PROPUESTAS. CABE DESTACAR QUE INSTITUCIONES COMO IMSS Y SEDENA, HAN ELIMINADO ESTE REQUISITO EN SUS ÚLTIMOS EVENTOS LICITATORIOS, LOGRANDO TENER GRANDES BENEFICIOS AL GENERAR UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EN LAS OFERTAS SIN QUE ESTO DEMERITE LA CALIDAD DEL SERVICIO. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO U, SE ACEPTA LA PROPUESTA Y SE DEBERÁ PRESENTAR, EN CASO DE SER ADJUDICADO, CARTA DEL ESCRITO SOLIDARIO.-----

**PREGUNTA 17.-** DICE: ...LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN SER NUEVOS Y DE RECIENTE FABRICACIÓN....

**PREGUNTA:** SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL SOLICITADOS EN EL ANEXO 1.2 NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, YA QUE AL SOLICITAR EQUIPO E INSTRUMENTAL NUEVO SE ENCARECERÍA EL SERVICIO, DEBIDO A QUE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN ES MENOR A 7 MESES Y ESTO A SU VEZ IMPIDE QUE LOS INTEGRADORES NO PUEDAN DEPRECIAR EL EQUIPO EN TAN CORTO TIEMPO LO CUAL SE VE IMPACTADO EN EL PRECIO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y POR CONSIGUIENTE DEL SERVICIO.

ESTE TIPO DE REQUERIMIENTOS SE HAN SOLICITADO EN OTRAS INSTITUCIONES COMO EL IMSS, ISSSTE Y SEDENA CON LO CUAL HAN LOGRADO TENER GRANDES BENEFICIOS AL

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

GENERAR UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EN LAS OFERTAS ECONÓMICAS SIN QUE ESTO DEMERITE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y ACORTANDO EL TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO, YA QUE SE RECORTAN LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DE FABRICANTE QUE POR LO GENERAL VAN DE LOS 45 A 60 DÍAS ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:**. 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO V, PODRÁ OFERTAR EQUIPO E INSTRUMENTAL FUNCIONALMENTE NUEVO O EN ÓPTIMAS CONDICIONES, NO MAYOR A TRES AÑOS DE VIDA.-----

**PREGUNTA 18.-** ES CORRECTO ENTENDER QUE SERÁ OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2015 VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE, CUYO ALCANCE SEA EN: DISEÑO, DESARROLLO Y SUMINISTRO CON ESPECIALIDAD EN SERVICIOS INTEGRALES DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO? -----

**RESPUESTA:**. ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, SE ACEPTA SU PROPUESTA Y DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS VIGENTES: FDA O CE O JIS, ISO9001-2015 EN SERVICIOS INTEGRALES EN MINIMA INVASIÓN A NOMBRE DEL LICITANTE, E ISO13485. -----

**PREGUNTA 19.-** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD A NOMBRE DEL LICITANTE, CUENTE CON UNA FECHA DE ANTIGUEDAD MÍNIMA DE 18 MESES. LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA HA SIDO SOMETIDA A PROCESOS DE AUDITORÍA POR EL MISMO ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN QUE LA OTORGÓ, GARANTIZANDO LA MADUREZ DE LOS PROCESOS YA QUE SE TRATA DE UN SERVICIO DE ALTA ESPECIALIDAD Y QUE ÉSTA SOLICITUD SEA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS LICITANTES QUE PRESENTEN PROPUESTA. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:**. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, SE ACLARA QUE LOS CERTIFICADOS QUE DEBE DE PRESENTAR DEBERÁN SER VIGENTES. EN EL CASO DE ISO9000, DEBE SER ISO9001-2015 A NOMBRE DEL LICITANTE. -----

**PREGUNTA 20.-** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNA CARACTERÍSTICA NO SEA REFERENCIABLE EN CATÁLOGOS, NOS PERMITA PRESENTAR MANUALES DE USUARIO Y/O DE OPERACIÓN EN DONDE SE HAGA REFERENCIA A DICHAS ESPECIFICACIONES. SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:**. 4.5.1, INCISO C, PODRÁ REFERENCIAR EN CATÁLOGOS, MANUALES DE OPERACIÓN O USUARIO, O DE MANTENIMIENTO ORIGINALES.-----

**PREGUNTA 21.-** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO SE ENCUENTREN EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, NOS PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ÚNICAMENTE DE LOS PÁRRAFOS EN DONDE SE HAGA REFERENCIA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIADAS. SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:**. 4.5.1, INCISO C, SE ACEPTA.-----

**PREGUNTA 22.-** DEBEMOS ENTENDER QUE LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN SOLICITADAS EN ESTE PUNTO SON EN EL USO Y MANEJO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1.2 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**RESPUESTA:** 4.5.1, INCISO J, SE ACLARA QUE DEBERÁN PRESENTAR CONSTANCIA PARA CADA UNO DE LOS QUINCE TÉCNICOS.-----

**PREGUNTA 23.-** DICE: ...EN EL CASO DE EQUIPO, ADICIONALMENTE SE DEBE ENTREGAR EL PEDIMENTO ADUANAL QUE DEMUESTRE QUE SON NUEVOS....

PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL SOLICITADOS EN EL ANEXO 1.2 NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, YA QUE AL SOLICITAR EQUIPO E INSTRUMENTAL NUEVO SE ENCARECERÍA EL SERVICIO, DEBIDO A QUE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN ES MENOR A 7 MESES Y ESTO A SU VEZ IMPIDE QUE LOS INTEGRADORES NO PUEDAN DEPRECIAR EL EQUIPO EN TAN CORTO TIEMPO LO CUAL SE VE IMPACTADO EN EL PRECIO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y POR CONSIGUIENTE DEL SERVICIO.

ESTE TIPO DE REQUERIMIENTOS SE HAN SOLICITADO EN OTRAS INSTITUCIONES COMO EL IMSS, ISSSTE Y SEDENA CON LO CUAL HAN LOGRADO TENER GRANDES BENEFICIOS AL GENERAR UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EN LAS OFERTAS ECONÓMICAS SIN QUE ESTO DEMERITE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y ACORTANDO EL TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO, YA QUE SE RECORTAN LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DE FABRICANTE QUE POR LO GENERAL VAN DE LOS 45 A 60 DÍAS. ¿SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** 4.5.1, INCISO R, PODRÁ OFERTAR EQUIPO E INSTRUMENTAL FUNCIONALMENTE NUEVO, NO MAYOR A TRES AÑOS, COMPROBABLE CON EL PEDIMENTO ADUANAL.-----

**PREGUNTA 24.-** DICE: POSTERIORMENTE AL PERIODO SEÑALADO, EN CASO DE QUE, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, HAYACAMBIO DE PROVEEDOR, CON LA FINALIDAD DE NO INTERRUMPIR EL SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN, EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE ESTA SECRETARÍA, EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE COMPROMETE A COLABORAR DURANTE LOS SIGUIENTES 30 DÍAS HÁBILES, CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA PARA REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE MANERA PAULATINA SIN SUSPENDER LOS SERVICIOS.

SOLICITAMOS A LA LICITANTE: ESPECIFICAR CUAL SERA EL PROCESO PARA EL COBRO DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN ESE LAPSO DE TIEMPO SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** PÁGINA 7, 2.3, PERIODO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, AL MOMENTO DE INSTALARSE Y LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ EL PAGO 20 DÍAS POSTERIOR A LA FACTURA. -----

**PREGUNTA 25.-** DE LOS SETS DE INSTRUMENTAL DICE: TIJERA DE GANCHO 5MM X36CM. SOLICITAMOS A LA LICITANTE: NOS PERMITA NO INCLUIR ESTE INSTRUMENTAL, YA QUE SE OFERTA ESTA MISMA CON LA DESCRIPCIÓN DE "TIJERA METZEMBAUN CURVA MONOPOLAR, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, 5 MM., DE DIÁMETRO, LONGITUD DE TRABAJO DE 30 A 36 CM DE LONGITUD." LO CUAL GENERA SE DUPLIQUE Y GENERA UN COSTO EXTRA AL

Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin of the page.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

PROCEDIMIENTO. SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 26.-** DE LOS SETS DE INSTRUMENTAL DICE: TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM. SOLICITAMOS A LA LICITANTE: NOS PERMITA NO INCLUIR ESTE INSTRUMENTAL, YA QUE SE OFERTA COMO CONSUMIBLE EN LOS PROCEDIMIENTOS "MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN CON MANGO" LO CUAL GENERA UNA COMPRA INNECESARIA DEL MISMO. REPERCUTIENDO EN EL COSTO DEL PROCEDIMIENTO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 27.-** DE LOS SETS DE INSTRUMENTAL DICE: CUATRO VAINAS TROCAR CON VÁLVULA MAGNÉTICA DE BOLA, TUBO DE PLÁSTICO CON ROSCA, DIÁMETRO INTERIOR DE 3.5 MM, LONGITUD ÚTIL DE 100MM, REUTILIZABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. SOLICITAMOS A LA LICITANTE: EN BASE AL NUMERAL 6 "MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR" CON FORME AL ART 37 DE LA LEY DE ADQUICISIONES PARA EL D.F NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "VAINA TROCAR 3.5/110 MM. LISO CON GRIFO" SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 28.-** DE LOS SETS DE INSTRUMENTAL DICE: CUATRO TROCAR, PUNTA CÓNICA ROMA, LONGITUD ÚTIL DE 100 MM. SOLICITAMOS A LA LICITANTE: EN BASE AL NUMERAL 6 "MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR" CON FORME AL ART 37 DE LA LEY DE ADQUICISIONES PARA EL D.F NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PUNZÓN TROCAR CÓNICO-EMBOTADO 3.5/110 MM." SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 29.-** DE LOS SETS DE INSTRUMENTAL DICE: SOLICITAMOS A LA LICITANTE: EN BASE AL NUMERAL 6 "MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR" CON FORME AL ART 37 DE LA LEY DE ADQUICISIONES PARA EL D.F NOS PERMITA INCLUIR EL SIGUIENTE INSTRUMENTA NECESARIO PARA EL USO DEL BÁLON DILATADOR, NECESARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINAL E HIDROCELECTOMIA BILATERAL. "CUERPO DE TROCAR PARA FUNDA BÁLON DILATADOR PARA TEP HERLOON Y LLAVE DE PASO TIPO LUER-LUCK" SE ACEPTA?-----

Handwritten marks and signatures in blue ink on the right side of the page, including a vertical line, a '2', a '3', and several large signatures.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 30.-** DE LOS CONSUMIBLES DICE: "PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL." SOLICITAMOS A LA LICITANTE: EN BASE AL NUMERAL 6 "MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR" CON FORME AL ART 37 DE LA LEY DE ADQUICISIONES PARA EL D.F NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PLACA DE ELECTROCAUTERIO PARA PACIENTE DIVIDIDA 110 CM. CUADRADOS" SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 31.-** DE LOS CONSUMIBLES DICE: "ASA PARA LIGADURA ENDOLOOP." SOLICITAMOS A LA LICITANTE: EN BASE AL NUMERAL 6 "MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR" CON FORME AL ART 37 DE LA LEY DE ADQUICISIONES PARA EL D.F NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "ENDOLOOP VICRYL 0" SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 32.-** DE LOS CONSUMIBLES DICE: "PINZA O MANGO TIPO PISTOLA PARA SELLADO DE VASOS O TEJIDO DE 5 MM., X 30 A 35 CM DE LONGITUD" SOLICITAMOS A LA LICITANTE: EN BASE AL NUMERAL 6 "MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR" CON FORME AL ART 37 DE LA LEY DE ADQUICISIONES PARA EL D.F NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PINZA PARA SELLADO DE VASOS O TEJIDO , CAIMAN COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO" SE ACEPTA?----

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 33.-** DE LOS CONSUMIBLES DICE: "PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM 36 CM. DE LONGITUD" SOLICITAMOS A LA LICITANTE: EN BASE AL NÚMERAL 6 "MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR" CON FORME AL ART 37 DE LA LEY DE ADQUICISIONES PARA EL D.F NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PINZA PARA SELLADO DE VASOS O TEJIDO , CAIMAN COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO" SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a vertical line, a checkmark, and several scribbles.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**PREGUNTA 34.-** NUMERAL 3 DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS PEDIÁTRICOS SOLICITAMOS A LA LICITANTE: "EN REFERENCIA JUEGOS DE SONDAS, SISTEMAS DE ASPIRACIÓN Y COLECTORES DE CALCULOS, AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES Y O FUNCIÓN, YA QUE NO QUEDA CLARO PARA QUE SERA UTILIZADO, SI ES CONSUMO O ACCESORIO DE EQUIPO" -----

**RESPUESTA:** PAG 37-42 ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LOS EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD HOSPITALARIA, MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

**PREGUNTA 35.-** DEBIDO A QUE SOLICITAN UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 MARCAS DIFERENTES PARA ESTE EQUIPO, GARANTIZANDO A SU VEZ EL SURTIMIENTO DE ACCESORIOS E INSUMOS COMPATIBLES CON LAS MISMAS, CON LO CUAL ESTARÍAMOS ASEGURANDO EL INICIO DEL SERVICIO EN TIEMPO Y FORMA. SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR DOS MARCAS DIFERENTES, SIN EMBARGO DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN, CARTAS DE RESPALDO DE LOS FABRICANTES, REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD POR CADA MARCA OFERTADA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 36.-** DICE: ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: ENDOCÁMARA O CABEZAL CON TECNOLOGÍA C-MOS, LA CUAL REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO. SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, EL CESE DE (CHANGE COUPLED DEVICE, O DISPOSITIVO DE CARGA ACOPLADA) Y CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR O EN ESPAÑOL SEMI CONDUCTOR COMPLEMENTARIO DE OXIDO METALICO) SON TECNOLOGÍAS QUE OFRECEN VENTAJAS Y DESVENTAJAS, SIN SER NINGUNA SUPERIOR SOBRE LA OTRA. POR LO QUE PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 37.-** DICE: FUENTE DE LUZ DE TECNOLOGÍA LED. DISEÑADA PARA INTERVENCIONES LAPAROSCÓPICAS Y ENDOSCÓPICAS PREGUNTA: LAS FUENTES DE LUZ EXISTENTES EN EL MERCADO PARA PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS, ESTÁN DISEÑADAS PARA UTILIZARSE CON GUÍAS DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, LAS CUALES A SU VEZ SE CONECTAN A LAS LENTES PARA LAPAROSCOPIA, GINECOLOGÍA, UROLOGÍA, TORACOSCOPIA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, ETC... DICHAS FUENTES, NO SON COMPATIBLES CON ENDOSCOPIOS FLEXIBLES PARA PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS O PULMONARES (PROCEDIMIENTOS COMÚNMENTE LLAMADOS "ENDOSCÓPICOS"). POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, DEBEMOS ENTENDER QUE LA FUENTE DE LUZ SOLICITADA DEBE DE ESTAR DISEÑADA ÚNICAMENTE PARA INTERVENCIONES LAPAROSCÓPICAS, LAS CUALES SON EL OBJETO DE LA PRESENTE

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a vertical line, a '2', a '1', a circle, and several other scribbles.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

LICITACIÓN?. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, LA LUZ DEBE SER GENERADA POR TECNOLOGÍA LED, NO SE ACEPTA TECNOLOGÍA HALÓGENA O DE XENON. -----

**PREGUNTA 38.-** DEBIDO A QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A LA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE UN SOLO FABRICANTE, LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: UNIDAD BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS CONTROLADA POR MEDIO DE 2 GENERADORES DE 150W. PANTALLA CON MENSAJES DE PROTECCIÓN CONTRA ERRORES DE APERTURA DE INSTRUMENTO Y ANTICOAGULACIÓN DE VASOS. RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE PINZAS SIN NECESIDAD DE FIJAR VALORES MANUALMENTE, PLUG AND PLAY. TIEMPO DE SELLADO DE 2-5 SEGUNDOS. DOS DIFERENTES MODOS DE ACTIVACIÓN DE CICLO DE SELLADO. EL PROCESO DE SELLADO (EMISIÓN AF) SE INICIA PULSANDO UNA VEZ EL PULSADOR DEL INSTRUMENTO O EL PEDAL. DOS MODOS DE SELLADO. MODO ESTÁNDAR Y PLUS. INDICADORES DE ERRORES. DIGITALES AUDITIVAS Y VISUALES. CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO. PEDAL CON ACTIVACIÓN DE ENERGÍA BIPOLAR. CIERRE DISTAL PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO DEL TEJIDO CON PRESIÓN UNIFORME EN TODA LA BOCA DE LA PINZA. ESTA TECNOLOGÍA HA DEMOSTRADO VENTAJAS CLÍNICAS SOBRE LOS BISTURÍS ULTRASÓNICOS Y CUBRE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y CLÍNICOS REQUERIDOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE SOLICITAN EN EL SERVICIO. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA 39.-** DICE: ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: ENDOCÁMARA O CABEZAL CON TECNOLOGÍA C-MOS, LA CUAL REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO. SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, EL CESE DE (CHANGE COUPLED DEVICE, O DISPOSITIVO DE CARGA ACOPLADA) Y CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR O EN ESPAÑOL SEMI CONDUCTOR COMPLEMENTARIO DE OXIDO METALICO) SON TECNOLOGÍAS QUE OFRECEN VENTAJAS Y DESVENTAJAS, SIN SER NINGUNA SUPERIOR SOBRE LA OTRA. POR LO QUE PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES-----

**PREGUNTA 40.-** PREGUNTA: LAS FUENTES DE LUZ EXISTENTES EN EL MERCADO PARA PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS, ESTÁN DISEÑADAS PARA UTILIZARSE CON GUÍAS DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, LAS CUALES A SU VEZ SE CONECTAN A LAS LENTES PARA LAPAROSCOPIA, GINECOLOGÍA, UROLOGÍA, TORACOSCOPIA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, ETC... DICHAS FUENTES, NO SON COMPATIBLES CON ENDOSCOPIOS FLEXIBLES PARA PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS O PULMONARES (PROCEDIMIENTOS COMÚNMENTE LLAMADOS



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

"ENDOSCÓPICOS"). POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, DEBEMOS ENTENDER QUE LA FUENTE DE LUZ SOLICITADA DEBE DE ESTAR DISEÑADA ÚNICAMENTE PARA INTERVENCIONES LAPAROSCÓPICAS, LAS CUALES SON EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN?. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, DADO QUE NO SE SOLICITAN PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA NO ES NECESARIO ESA OPERACIÓN.-----

**PREGUNTA 41.-** DICE: CON PANTALLA LED DE MAYOR O IGUAL A 24" PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR PANTALLA LCD DE MATRIX ACTIVA TFT DE 26", LO CUAL ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR PROPIA DE LA MARCA QUE OFERTAMOS, Y ESTO NO AFECTA LA CALIDAD NI FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 42.-** DICE: RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR DE 26" DE RESOLUCIÓN 1920X 1080, LA CUAL ES UNA RESOLUCIÓN ÓPTIMA PARA PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS Y ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON CABEZALES TANTO DE 3 CHIPS COMO C-MOS . SE ACEPTA?-----


**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 43.-** DICE: CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO." PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR CON ENTRADAS DE VIDEO PROPIAS DE CADA FABRICANTE QUE SEAN COMPATIBLES CON LA TECNOLOGÍA DE ALTA O DE ULTRA-ALTA DEFINICIÓN A OFERTAR, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA FABRICANTE CAMBIAN SEGÚN SU TECNOLOGÍA, Y ESTO NO AFECTA LA CALIDAD NI FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?---

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO REFERENCIE AL MENOS CINCO DIFERENTES TIPOS DE CONEXIÓN PARA SEÑAL DE VIDEO.-----

**PREGUNTA 44.-** DICE: CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR CON ENTRADAS DE VIDEO RGB, DVI, S- VIDEO, HD15 COMPATIBLES CON LA TECNOLOGÍA DE ALTA O ULTRA-ALTA DEFINICIÓN A OFERTAR, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA FABRICANTE CAMBIAN SEGÚN LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, Y ESTO NO AFECTA LA CALIDAD NI FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

Handwritten signatures and initials in blue ink.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO REFERENCIE AL MENOS CINCO DIFERENTES TIPOS DE CONEXIÓN PARA SEÑAL DE VIDEO.-----

**PREGUNTA 45.-** DICE: CON OPCIÓN A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A ESPECIALIDAD MÉDICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA DESCRIPCIÓN SE REFIERA A AJUSTE DE TONOS DE COLOR DE LA IMAGEN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, TEMPERATURA DE COLOR ES DIFERENTE A TONO DE COLOR.-----

**PREGUNTA 46.-** DICE: CON OPCIÓN A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A ESPECIALIDAD MÉDICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA DESCRIPCIÓN SE REFIERA A AJUSTE DE TONOS DE COLOR DE LA IMAGEN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, TEMPERATURA DE COLOR ES DIFERENTE A TONO DE COLOR.-----

**PREGUNTA 47.-** DICE: CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SALIDAS DE VIDEO PROPIAS DE CADA FABRICANTE QUE SEAN COMPATIBLES CON LA TECNOLOGÍA DE ALTA O DE ULTRA-ALTA DEFINICIÓN A OFERTAR, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA FABRICANTE CAMBIAN SEGÚN SU TECNOLOGÍA, Y ESTO NO AFECTA LA CALIDAD NI FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, SI CONECTAS UNA SEÑAL DE CONEXIÓN DE VIDEO TRADICIONAL SI SE VE AFECTADA LA SEÑAL DE VIDEO, FAVOR DE APEGARSE A BASES.-----

**PREGUNTA 48.-** DICE: CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SALIDA DE VIDEO DVI, S-VIDEO, HD-SDI, COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA FABRICANTE CAMBIAN SEGÚN LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, Y ESTO NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 49.-** DICE: CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "MODO STANDBY", EL CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

Handwritten marks and signatures in blue ink on the right margin, including a vertical line, a '2', a '7', and several illegible signatures.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**PREGUNTA 50.-** DICE: CON NIVELES O MODOS OPERATIVOS DE INSUFLACIÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A CONTROLES DE NIVEL DE INSUFLACIÓN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, ES CORRECTO.-----

**PREGUNTA 51.-** DICE: CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REGULADOR DE VOLTAJE O SUPRESOR DE PICOS, LO CUAL CUMPLE CON LA FINALIDAD DE USO SOLICITADA. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 52.-** DICE: CON PANTALLA LED DE MAYOR O IGUAL A 24" PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR PANTALLA LCD DE MATRIX ACTIVA TFT DE 26", LO CUAL ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR PROPIA DE LA MARCA QUE OFERTAMOS, Y ESTO NO AFECTA LA CALIDAD NI FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 53.-** DICE: RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR DE 26" DE RESOLUCIÓN 1920X 1080, LA CUAL ES UNA RESOLUCIÓN ÓPTIMA PARA PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS Y ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON CABEZALES TANTO DE 3 CHIPS COMO C-MOS . SE ACEPTA?-----


**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 54.-** DICE: CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO." PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR CON ENTRADAS DE VIDEO PROPIAS DE CADA FABRICANTE QUE SEAN COMPATIBLES CON LA TECNOLOGÍA DE ALTA O DE ULTRA-ALTA DEFINICIÓN A OFERTAR, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA FABRICANTE CAMBIAN SEGÚN SU TECNOLOGÍA, Y ESTO NO AFECTA LA CALIDAD NI FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?---

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBIENDO CUMPLIR LAS NECESIDADES DE INTERCONEXION PARA LA SEÑAL DE VIDEO DE LA SECRETARÍA.-----

**PREGUNTA 55.-** DICE: CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MONITOR CON ENTRADAS DE VIDEO RGB, DVI, S- VIDEO, HD15 COMPATIBLES CON LA TECNOLOGÍA DE ALTA O ULTRA-ALTA DEFINICIÓN A OFERTAR, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

Y DESCRIPCIONES DE CADA FABRICANTE CAMBIAN SEGÚN LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, Y ESTO NO AFECTA LA CALIDAD NI FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 56.-** DICE: CON OPCIÓN A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A ESPECIALIDAD MÉDICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA DESCRIPCIÓN SE REFIERA A AJUSTE DE TONOS DE COLOR DE LA IMAGEN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, TEMPERATURA DE COLOR ES DIFERENTE A TONO DE COLOR.-----

**PREGUNTA 57.-** DICE: SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER SALIDA DE VIDEO 1920X 1080, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES DE CADA FABRICANTE CAMBIAN SEGÚN LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, Y ESTO NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 58.-** DICE: CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SALIDAS DE VIDEO PROPIAS DE CADA FABRICANTE QUE SEAN COMPATIBLES CON LA TECNOLOGÍA DE ALTA O DE ULTRA-ALTA DEFINICIÓN A OFERTAR, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA FABRICANTE CAMBIAN SEGÚN SU TECNOLOGÍA, Y ESTO NO AFECTA LA CALIDAD NI FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 59.-** DICE: CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SALIDA DE VIDEO DVI, S-VIDEO, HD-SDI, COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA FABRICANTE CAMBIAN SEGÚN LA TECNOLOGÍA A OFERTAR, Y ESTO NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 60.-** DICE: CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO:-----

Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin, including a vertical line, a double slash, a large 'C', and several illegible signatures.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

"MODO STANDBY", EL CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 61.-** DICE: CON NIVELES O MODOS OPERATIVOS DE INSUFLACIÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A CONTROLES DE NIVEL DE INSUFLACIÓN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?. -----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, ES CORRECTO.-----

**PREGUNTA 62.-** DICE: CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REGULADOR DE VOLTAJE O SUPRESOR DE PICOS, LO CUAL CUMPLE CON LA FINALIDAD DE USO SOLICITADA. SE ACEPTA?. -----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 63.-** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE TRASLADO DE 10.2 " CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO Y CON CAPACIDAD DE MONITOREO DE: CURVAS DE ECG, SPO2, NIBP, FRECUENCIA RESPIRATORIA, FRECUENCIA CARDIACA Y TEMPERATURA, LO CUAL ES UNA ESPECIFICACIÓN SUPERIOR A LO SOLICITADO Y CUMPLE CON LA FINALIDAD QUE REQUIERE EL SERVICIO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1.2, PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----

**PREGUNTA 64.-** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL DÍA PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS DEBIDO A QUE NO SE ESPECIFICA EN BASES-----

**RESPUESTA:** ANEXO 1 NUMERAL 9 MUESTRAS, DE 9 A 14 HORAS UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA ENTREGA DE PROPUESTAS.-----

**PREGUNTA 65.-** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN ESTE FORMATO EN LA COLUMNA LLAMADA "CANTIDAD REFERENCIAL" SE DEBEN SEÑALAR LAS CANTIDADES DE REFERENCIA DESCRITAS EN EL ANEXO 1.1 . FAVOR DE ACLARAR.-----

**RESPUESTA:** ANEXO 20, FORMATO PARA LA PROPUESTA ECONOMICA, LA CANTIDAD REFERENCIAL ES UNA CANTIDAD ESTIMADA DE ACUERDO AL HISTÓRICO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN OTROS AÑOS, DEBEN OTORGAR PRECIOS UNITARIOS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO.-----



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**PREGUNTA 66.-** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LAS CANTIDADES REFERENCIALES MÍNIMAS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO CON EL FIN DE PODER EVALUAR EL PRESUPUESTO MÍNIMO SOLICITADO EN ESTE FORMATO. FAVOR DE ACLARAR.-----

**RESPUESTA:** ANEXO 20, FORMATO PARA LA PROPUESTA ECONOMICA, EL MINIMO DE CONTRATO ES EL 10% DEL MAXIMO DEL CONTRATO.-----

**DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

**PREGUNTA 1.-** NUMERAL 4.2 Y 4.3, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRAS PROPUESTAS EN CARPETAS DE DOS O TRES ARGOLLAS DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS DENTRO DE EL SOBRE ÚNICO (CAJA, PAQUETE, ETC). ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA-----

**PREGUNTA 2.-** NUMERAL 4.2, INCISO Y 5.4 INCISO D, ES CORRECTO ENTENDER QUE, SOLO SE FIRMARAN AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE EN LA ÚLTIMA HOJA DE TODOS LOS MANIFIESTOS O ESCRITOS, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA; SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OMITIR LA FIRMA O RUBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LAS COPIAS U ORIGINALES DE DOCUMENTOS NO GENERADOS POR EL LICITANTE TALES COMO: REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADOS DE CALIDAD O NORMAS, CATÁLOGOS, CARTAS DE APOYO, COPIAS DE CONTRATOS, GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA, CONSTANCIAS DE VISITAS A INSTALACIONES, CERTIFICADOS, ETC. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

**RESPUESTA:.** LA OMISIÓN DE ALGUNA RUBRICA O FIRMA POR LO MENOS EN EL ANVERSO DE TODAS SUS HOJAS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN -----

**PREGUNTA 3.-** NUMERAL 5.4, ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OMITIR EL SELLO EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, SIEMPRE Y CUANDO LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS ASÍ COMO LA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA SE PRESENTEN EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE, EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA DOCUMENTO, POR EL REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA:.** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EN CUANTO AL SELLO TAL COMO LO INDICA EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES -----

**PREGUNTA 4.-** NUMERAL 4.4.1 ULTIMO Y PENULTIMOS INCISOS IDICADOS COMO A Y B, ¿SON LOS INCISOS CORRECTOS O DEBEMOS REFERIRNOS A ESTOS INCISOS COMO "V" Y "W" RESPECTIVAMENTE? FAVOR DE ACLARAR. -----



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

-----  
**RESPUESTA:** SON PARTE DEL INCISO U-----  
-----

-----  
**PREGUNTA 5.-** NUMERALES 3.2, 3.4 Y 4.5.2 SEPTIMA VIÑETA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRESENTAR PARA LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA UN CHEQUE CRUZADO O CON LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA" O "NO NEGOCIABLE", ¿SE ACEPTA?-----  
-----

-----  
**RESPUESTA:** NO, DEBE APEGARSE A BASES-----  
-----

-----  
**PREGUNTA 6.-** NUMERALES 4.1 Y 4.5.1, INCISO B, AL MOMENTO DE REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES, EN ALGUNOS HOSPITALES NO SE ENCONTRARON LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMA, ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ENTREGAR LA CONSTANCIA CON EL SELLO RESPECTIVO DE CADA HOSPITAL Y FIRMA POR AUSENCIA O EN ALGUNOS CASOS FIRMADOS POR EL JEFE DE CIRUGÍA, INGENIERO BIOMÉDICO, JEFE DE SERVICIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----  
-----

-----  
**RESPUESTA:** DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA DE VISITA CON LAS FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIDADES DE CADA HOSPITAL TAL COMO LO INDICA EL NUMERAL 4.1 DE LAS BASES-----  
-----

-----  
**PREGUNTA 7.-** NUMERAL 4.1 PENULTIMO PARRAFO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN ANEXO 1.3 CONSTANCIA DE VISITAS ES EL CORRECTO Y NO EL MENCIONADO EN BASES, FAVOR DE ACLARAR. -----  
-----


-----  
**RESPUESTA:** SE CONFIRMA QUE ES EL ANEXO 1.3-----  
-----

-----  
**PREGUNTA 8.-** NUMERAL 4.4 INCISO G (DERECHO SOBRE SUMINISTRO DE AGUA), DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA ARRENDA EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICAS LAS OFICINAS Y EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA NO ESTÁ A NOMBRE DE MI REPRESENTADA; CON REFERENCIA A LA "CONSTANCIA DE ADEUDOS" PARA EL CASO DE LOS DERECHOS SOBRE SUMINISTRO DE AGUA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----  
-----

-----  
**RESPUESTA:** SE ACEPTA SU PROPUESTA, SOLO SE SOLICITA QUE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEA VIGENTE, ADICIONALMENTE DEBERA PRESENTAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL CUAL INDIQUE QUE IMPUESTOS LES APLICA-----  
-----

-----  
**PREGUNTA 9.-** NUMERAL 4.4 INCISO J, LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA QUE REPRESENTO SE ENCUENTRAN SUBCONTRATADOS A TRAVÉS DE UNA EMPRESA OUTSOURCING, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL INCISO DE REFERENCIA; SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA QUE GENERA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A NOMBRE DE MI REPRESENTADA  
-----

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a vertical line, a checkmark, and several initials.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

EN DONDE SE INDICA QUE SE TIENE REGISTRO PATRONAL VIGENTE Y NO TIENE TRABAJADORES ACTIVOS ANTE ESE INSTITUTO, ADEMÁS LA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO OUTSOURCING INTEREMPRESAS, ASÍ COMO LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A NOMBRE DE LA EMPRESA DE OUTSOURCING. ¿SE ACEPTA MI PETICIÓN?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA Y SE SOLICITA ENTREGUE COPIA DEL ALTA PATRONAL ANTE EL IMSS, MOVIMIENTOS AFILIATORIOS, Y PAGO DEL ULTIMO BIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR A ESTE PROCEDIMIENTO ESTOS DOCUMENTOS DEBERAN SER DE LA EMPRESA CONTRATADA POR LICITANTE PARA EL OUTSOURCING ASI MISMO DEBERA ACREDITAR QUE SE TIENE AUTORIZADO EL GIRO AL CONCEPTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN -----

**PREGUNTA 10.-** NUMERAL 4.4 INCISO K, LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA QUE REPRESENTO SE ENCUENTRAN SUBCONTRATADOS A TRAVÉS DE UNA EMPRESA OUTSOURCING, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL INCISO DE REFERENCIA; SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA A NOMBRE DE LA EMPRESA DE OUTSOURCING. ¿SE ACEPTA MI PETICIÓN?-----

**RESPUESTA:**SE ACEPTA-----

**PREGUNTA 11.-** NUMERAL 4.4 INCISO L, LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA QUE REPRESENTO SE ENCUENTRAN SUBCONTRATADOS A TRAVÉS DE UNA EMPRESA OUTSOURCING, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL INCISO DE REFERENCIA; SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA A NOMBRE DE LA EMPRESA DE OUTSOURCING. ¿SE ACEPTA MI PETICIÓN?-----


**RESPUESTA:**SE ACEPTA-----

**PREGUNTA 12.-** NUMERAL 4.4.1 INCISO H, DEBIDO A QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO Y NO LA ADQUISICIÓN DE UN BIEN, ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARÁ CON ENTREGAR COPIA SIMPLE DE LA ACTA CONSTITUTIVA DE MI REPRESENTADA EN DONDE SE DEMUESTRA LA NACIONALIDAD DE LA EMPRESA QUE PRESTARÁ EL SERVICIO EN CASO DE RESULTAR BENEFICIADOS CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

**RESPUESTA:**SE ACEPTA-----

**PREGUNTA 13.-** NUMERAL 4.4.1 INCISO L, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ENTREGA DE ESTE MANIFIESTO NO CONTRAVIENE CON EL PUNTO 16, ES DECIR NO CEDEREMOS O SUBCONTRATAREMOS, NI TOTAL NI PARCIALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO RESPECTIVO A EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE LA

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

RESPUESTA: NO, CONTRAVIENE-----

PREGUNTA 14.-. NUMERAL 4.5.1 INCISO C, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO LAS HOJAS DE LOS CATÁLOGOS DONDE SE APRECIEN LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES-----

PREGUNTA 15.-. NUMERAL 4.5.1 INCISO C, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR TRADUCCIÓN SIMPLE SOLO DE LAS CARACTERÍSTICAS REFERENCIADAS. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 16.-. NUMERAL 4.5.1 INCISO E, SOLICITAMOS ATENTAMENTE EL LISTADO DE LOS EQUIPOS, CON MARCA Y MODELO, PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE PARA PROPORCIONAR LOS CONSUMIBLES ORIGINALES NECESARIOS PARA CADA PROCEDIMIENTO.-----

RESPUESTA: SE DEBIO CONSULTAR EN LA VISITA AL HOSPITAL -----

PREGUNTA 17.-. NUMERAL 4.5.1 INCISO O, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 18.-. NUMERAL 4.5.1 INCISO O, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR AL MENOS UN CERTIFICADO DE CALIDAD, ISO 9001, ISO 13485, FDA, TÜV, JIS, BUENAS PRÁCTICAS O SEGÚN CORRESPONDA A SU PAÍS DE ORIGEN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO, Y SE ACLARA QUE EN EL CASO DE ISO9000 DEBE DE SER ISO9001-2015 EN SERVICIOS INTEGRALES EN MÍNIMA INVASIÓN A NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE -----

PREGUNTA 19.-. NUMERAL 4.5.1 INCISO P, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA COPIA CERTIFICADA REQUERIDA EN EL PUNTO DE REFERENCIA SEA ENTREGADA SOLO PARA COTEJO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE QUE VENGA ACOMPAÑADA DE UNA COPIA SIMPLE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES -----

Handwritten signatures and initials in blue ink.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**PREGUNTA 20.-** NUMERAL 4.5.1 INCISO Q, PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN DEL REGISTRO SANITARIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DEL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, IDENTIFICANDO CADA UNA DE LOS BIENES QUE APLIQUE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE REFERENCIADO -----

**PREGUNTA 21.-** NUMERAL 4.5.1 INCISO Q, DEBIDO A QUE, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SE UTILIZA PRÁCTICAMENTE LA MISMA CONFIGURACIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y KIT DE CONSUMIBLES; SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EN UN SOLO JUEGO DE REGISTROS SANITARIOS TODAS LAS CIRUGÍAS DE LA PARTIDA ÚNICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA-----

**PREGUNTA 22.-** NUMERAL 4.5.1 INCISO R, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTEN REFERENCIADOS-----

**PREGUNTA 23.-** NUMERAL 4.5.1 INCISO R, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA COPIA CERTIFICADA REQUERIDA EN EL PUNTO DE REFERENCIA SEA ENTREGADA SOLO PARA COTEJO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----


**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIEMPRE QUE VENGA ACOMPAÑADA DE UNA COPIA SIMPLE. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES-----

**PREGUNTA 24.-** NUMERAL 4.5.1 INCISO R Y ANEXO 1.2, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PEDIMENTO ADUANAL SOLICITADO EN EL PUNTO 4.5.1, INCISO R, SERVIRÁ PARA EVIDENCIAR QUE EL EQUIPO DEBERÁ SER DE TECNOLOGÍA NUEVA Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN, TAL Y COMO SE SOLICITA POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1.2 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?-----

**RESPUESTA:** PODRÁ OFERTAR EQUIPO E INSTRUMENTAL FUNCIONALMENTE NUEVO, NO MAYOR A TRES AÑOS Y PARA EL CASO DEL EQUIPO COMPROBABLE CON EL PEDIMENTO ADUANAL AL MOMENTO DE LA ENTREGA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS-----

**PREGUNTA 25.-** NUMERAL 4.5.1 INCISO V Y ANEXO 1.2, CON EL FIN DE GUARDAR CONGRUENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1.2, ES CORRECTO ENTENDER QUE

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

LOS EQUIPOS INDICADOS EN EL PUNTO 4.5.1 INCISO V DEBERÁN SER DE TECNOLOGÍA NUEVA Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN.-----

**RESPUESTA:** PODRÁ OFERTAR EQUIPO E INSTRUMENTAL FUNCIONALMENTE NUEVO, NO MAYOR A TRES AÑOS Y PARA EL CASO DEL EQUIPO COMPROBABLE CON EL PEDIMENTO ADUANAL-----

**PREGUNTA 26.-** NUMERAL 4.5.1 INCISO R Y V Y ANEXO 1.2, EN REFERENCIA A LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2012 DONDE SE ESTABLECEN LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL. REFERENTE AL PUNTO 1.2.4.3 DE LA GUÍA DE VIDA ÚTIL ESTIMADA Y PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, SE ESTABLECE UNA VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS. Y A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.2 POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS DE TECNOLOGÍA NUEVA Y DE FABRICACIÓN RECIENTE QUE CUBRAN LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE ACUERDO A LA GUÍA DE VIDA ÚTIL ESTIMADA ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----

**RESPUESTA:** PODRÁ OFERTAR EQUIPO E INSTRUMENTAL FUNCIONALMENTE NUEVO, NO MAYOR A TRES AÑOS Y PARA EL CASO DEL EQUIPO COMPROBABLE CON EL PEDIMENTO ADUANAL-----

**PREGUNTA 27.-** NUMERAL 4.4 INCISO J, K Y L, LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA QUE REPRESENTO SE ENCUENTRAN SUBCONTRATADOS A TRAVÉS DE UNA EMPRESA OUTSOURCING, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS E INCISOS DE REFERENCIA; SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA QUE GENERA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A NOMBRE DE MI REPRESENTADA EN DONDE SE INDICA QUE SE TIENE REGISTRO PATRONAL VIGENTE Y NO TIENE TRABAJADORES ACTIVOS ANTE ESE INSTITUTO, ADEMÁS LA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO OUTSOURCING INTEREMPRESAS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS DE REFERENCIA A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ADMINISTRA MI PERSONAL ¿SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE RESPONDE EN SU PREGUNTA 9-----

**PREGUNTA 28.-** NUMERAL 4.5.1 INCISO J, DEBIDO A QUE ALGUNOS FABRICANTES DESIGNAN A LAS EMPRESAS FILIALES, IMPORTADOR DIRECTO O DISTRIBUIDOR DIRECTO PARA QUE A SU NOMBRE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES O CONSENTIMIENTO DE CUALQUIER AUTORIDAD GUBERNAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL, QUE LES SEAN NECESARIOS PARA LA IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA, PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA Y USO LEGAL DE LOS PRODUCTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL; SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL DOCUMENTO SOLICITADO DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR DIRECTO. ¿SE ACEPTA?-----

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a vertical line, a '2', a 'J', a 'J', and several other scribbles.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**RESPUESTA:** PODRA PRESENTAR CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR EL FABRICANTE, FILIAL EN MEXICO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES-----

**PREGUNTA 29.-.** ANEXO 1.2 FICHA TECNICA EQUIPO TORRE DE LAPAROSCOPIA, DESCRIPCION, DICE: MONITOR PANTALLA LED PARA VISUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. CON PANTALLA LED DE MAYOR O IGUAL A 24". RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200. PREGUNTA: A FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: PANTALLA LED DE 26 PULGADAS CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. SIN AFECTAR LA VISIÓN EN EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?-----

**RESPUESTA:** PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES-----

**PREGUNTA 30.-.** ANEXO 1.2 FICHA TECNICA EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, DICE: EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR .....QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON TIJERAS BIPOLARES PARA EL CORTE Y COAGULACIÓN DE VASOS DE HASTA 7MM QUE CUENTAN CON UN BOTÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL, CUCHILLA INTEGRADA EN FORMA DE I PARA UN SELLADO UNIFORME Y CERÁMICO DE CIRCONIO PARA EL CONTROL DE LA ELECTRICIDAD. PUERTO RECEPTÁCULO ÚNICO PARA LA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS. PREGUNTA. PUESTO QUE EL OBJETIVO DEL EQUIPO SOLICITADO ES: QUE EL EQUIPO CUENTE CON CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON TIJERAS BIPOLARES PARA EL CORTE Y COAGULACIÓN DE VASOS DE HASTA 7MM QUE CUENTAN CON UN BOTÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL, CUCHILLA INTEGRADA EN FORMA DE I PARA UN SELLADO UNIFORME Y A FIN DE OFERTAR EN BASE AL REQUERIMIENTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS. SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR CONTROLADA POR MICROPROCESADOR CON INTERFASE DE PANTALLA TÁCTIL PARA AJUSTE DE POTENCIA, VOLUMEN Y DIAGNÓSTICO. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON MULTIPLES ACCESORIOS, QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON TIJERAS BIPOLARES PARA EL CORTE Y COAGULACIÓN DE VASOS DE HASTA 7MM QUE CUENTAN CON UN BOTÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL, CUCHILLA INTEGRADA EN FORMA DE I PARA UN SELLADO UNIFORME PARA EL CONTROL DE LA ELECTRICIDAD. PUERTO RECEPTÁCULO ÚNICO PARA LA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES-----

**PREGUNTA 31.-.** ANEXO 1.2 FICHA TECNICA INSTRUMENTAL E INSUMOS Y CONSUMIBLES POR TIPO DE PROCEDIMIENTO, DICE: INSTRUMENTAL: 1 ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 10MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE SOLICITA OPTICAS CON LONGITUD DE 31CM, POR LO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OTORGAR UNA

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]*



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

TOLERANCIA DE +-10% ESTA LONGUITUD ES ADECUADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS; ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA TOLERANCIA DE +-10%, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES-----

**PREGUNTA 32.-** ANEXO 1.2 FICHA TECNICA INSTRUMENTAL E INSUMOS Y CONSUMIBLES POR TIPO DE PROCEDIMIENTO, DICE: INSTRUMENTAL E INSUMOS Y CONSUMIBLES POR TIPO DE PROCEDIMIENTO PREGUNTA: PARA PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACION, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN RANGO DE TOLERANCIA DE +-10% EN EL INSTRUMENTAL, ESTA MEDIDA PERMITE AL USUARIO TRABAJAR CON LONGITUDES ADECUADAS PARA PROPCEDIEMIENOTOS LAPAROSCOPICOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA TOLERANCIA DE +-10%, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES -----

**PREGUNTA 33.-** ANEXO 1.2 FICHA TECNICA INSTRUMENTAL E INSUMOS Y CONSUMIBLES POR TIPO DE PROCEDIMIENTO: 2. APENDICETOMIA LAPAROSCOPICA, 3. REFLUJO GASTRICO ESOFAGICO (CIRUGIA DE HIATO), 4. LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA Y GINECOLOGICA (LAPAROTOMIA EXPLORADORA), 5. OCLUSION TUBARIA BILATERAL (OTB), 6. PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINAL, 7. HIDROCELECTOMIA BILATERAL (VARICOCELE), 8. ORQUIDOPEXIA (TESTÍCULO NO DESCENDIDO), DICE: PINZAS .....DE 36CM DE LARGO PREGUNTA: A FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIÓN: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LAS CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INSTRUMENTAL CON LONGITUD DE ENTRE 31 A 33 CM SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD Y EFECTIVIDAD DEL MISMO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA TOLERANCIA DE +-10%, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES -----

**PREGUNTA 34.-** DICE: MONITOR PANTALLA LED PARA VISUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. CON PANTALLA LED DE MAYOR O IGUAL A 24". RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200.PREGUNTA: A FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: PANTALLA LED DE 26 PULGADAS CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. SIN AFECTAR LA VISIÓN EN EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?-----

**RESPUESTA:** PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES -----

**PREGUNTA 35.-** ANEXO 1.2 FICHA TECNICA. II. UROLOGÍA PEDIATRICA EQUIPO TORRE DE LAPAROSCOPIA. DESCRIPCION, ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS. SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024; PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MAYOR RESOLUCION 1920 X 1080. A FIN DE CONTAR CON UNA MEJOR

Handwritten marks and signatures in blue ink on the right side of the page, including a vertical line, a checkmark, and several initials.



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

CALIDAD DE VIDEO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?-----

**RESPUESTA:** PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES -----

**PREGUNTA 36.-.** ANEXO 1.2 FICHA TECNICA. EQUIPO TORRE DE LAPAROSCOPIA. DESCRIPCION, ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS. SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024; PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MAYOR RESOLUCION 1920 X 1080. A FIN DE CONTAR CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDEO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

**RESPUESTA:** PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES -----

II. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.---

III. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCION VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.-----

IV. SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PRESENTE PROCEDIMIETO, SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 15 DE ABRIL** DEL PRESENTE AÑO A LAS **10:00 HRS** Y EL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO, SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 17 DE ABRIL** DEL PRESENTE AÑO, A LAS **10:00 HRS**, AMBOS EVENTOS SERÁN EN LA SALA "A" DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITO EN EL PISO 10, A LA NORTE DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE ALTADENA NO. 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.-----

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN, COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO, A LO QUE RESPONDIERÓN NO TENER ALGUNO.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **14:20 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA, AL MARGEN Y AL




JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGÍA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.-----

**POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

<b>DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS</b>	<b>LIC. EDUARDO E. CASTILLO ARROYO</b>	
<b>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS</b>	<b>LIC. RAFAEL DE VILLA ARPÓN</b>	
<b>SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA E INSUMOS</b>	<b>ING. JUAN MERCADILLO AGUILAR</b>	
<b>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS</b>	<b>C.D. ALEJANDRO GARCIA JURADO</b>	
<b>POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA</b>	<b>LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS</b>	
<b>POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL</b>	<b>ING. ALEJANDRO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN</b>	
<b>POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ESTA SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO REPRESENTANTE</b>	
	<b>LUZ DEL SOCORRO GÓMEZ VIVANCO REPRESENTANTE</b>	



JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-2019, PARA LA CONTRATACION DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

LICITANTES

COMERLAT, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS LARA PEREA	
DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MICHELLE LÓPEZ HERNANDEZ	
CIPROM MEDICAL, S.A. DE C.V.	OMAR DOMÍNGUEZ CERVANTES	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-015-19, PARA LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN (LAPAROSCOPIA), PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO