ACTA CORRESPONDIENTE AL DIFERIMIENTO DE LA **JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **18** DE **ABRIL** DE **2022,** EN LA **SALA DE LICITACIONES** DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 43** DE LA **LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL** Y LA **FRACCIÓN I** DEL **ARTÍCULO 41** DE SU **REGLAMENTO**, EL **LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ,** SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y EL **LIC. ADOLFO ALONSO BONEQUI,** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIENES PRESIDEN ESTE ACTO, PROCEDEN A DAR INICIO AL DIFERIMIENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"** HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: ----------

----

----------**HECHOS**----------

I. POR PARTE DE **LA CONVOCANTE** SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES **SERVIDORES PÚBLICOS**: ----------

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. JUANCARLOS TREJO MARTÍNEZ** SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
	LIC. ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCAS	**C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ** REPRESENTANTE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTATIVA Y CONTROL INTERNO "B"

II. DE CONFORMIDAD CON EL **REGISTRO DE ASISTENCIA** DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES **LOS LICITANTES:**----------

----

EMPRESA	REPRESENTANTE
COMERLAT, S.A. DE C.V.	JAVIER BENÍTEZ CUELLAR
HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	FERNANDO AMADOR CALDERÓN
DICIPA, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERÓN

III. DEBIDO A LA CANTIDAD DE PREGUNTAS RECIBIDAS POR PARTE DE LOS LICITANTES, SE COMUNICA A LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO QUE, CON LA FINALIDAD DE DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS, SE DARÁ UN RECESO DE UNA HORA Y MEDIA, PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS.----------

----

IV. SIENDO LAS **13:30 HORAS** DEL DÍA **18 DE ABRIL** DEL AÑO EN CURSO, SE REANUDA LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **LPN 30001122-011-2022.** RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL **SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MINIMA INVASIÓN**.----------

----

V. SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS SEÑALA QUE DEBIDO A LA CANTIDAD Y COMPLEJIDAD DE LAS PREGUNTAS QUE SE RECIBIERÓN PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y QUE SE REALIZARÁN ACLARACIONES GENERALES AL PLANTEAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA RESPUESTA PRECISA, SE LLEVARÁ A CABO UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA **MARTES 19 DE ABRIL** DEL PRESENTE AÑO, A LAS **12:00 HORAS**, EN ESTA MISMA SALA. LO ANTERIOR, EN APEGO AL ARTÍCULO **41 FRACCIÓN I** DEL **REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL** Y DE CONFORMIDAD CON EL **NUMERAL 5.1** DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

ACTA CORRESPONDIENTE AL DIFERIMIENTO DE LA **JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

NACIONAL.----------

VI. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV** DEL **REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.----------

---

VII. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS LICITANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII** DEL **REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A **LA CONVOCANTE** ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.----------

---

VIII. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO, A LO QUE RESPONDIERON **NO** TENER ALGUNO.----------

---

IX. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **14:05 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. ----------

---

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. JUANCARLOS TREJO MARTÍNEZ** SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
	LIC. ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCAS	**C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ** REPRESENTANTE	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
COMERLAT, S.A. DE C.V.	JAVIER BENÍTEZ CUELLAR	
HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	FERNANDO AMADOR CALDERÓN	

ACTA CORRESPONDIENTE AL DIFERIMIENTO DE LA **JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
DICIPA, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERÓN	**SE RETIRÓ**

comerlat

5.1. JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES

comerlat

ANEXO 24
FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES

000001

"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
1.	1.7. PROVEEDORES SALARIALMENTE RESPONSABLES Y PUNTO 4.5. INCISO H)	CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO II "DEL PADRÓN DE PROVEEDODORES" DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 24 DE MAYO DE 2017. ES CORRECTO ENTENDER POR PARTE DE TODOS LOS LICITANTES, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR "CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE Y A NOMBRE DEL LICITANTE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE POR LO QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA LA CONSTANCIA VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE. **¿ES CORRECTO?**
2.	2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN. 4.6 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO G)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA ES DE ORIGEN NACIONAL TAL Y COMO LO DEMUESTRA EN SU ACTA CONSTITUTIVA Y PRESENTA PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN SERVICIO Y NO DE UNA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CONTARÁN CON GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. **¿SE ACEPTA?**
3.	4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. INCISO E)	DEBEMOS ENTENDER QUE UNICAMENTE SERÁN RUBRICADAS LAS "COPIAS SIMPLES" SOLICITADAS EN BASES Y NO LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL. **¿ES CORRECTO?**
4.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	POR DOCUMENTO EN ORIGINAL SE ENTIENDE QUE PUEDE SER EL ELECTRÓNICO CON LA CADENA DIGITAL, DEBIDO A QUE MUCHA INFORMACIÓN SE GENERA MEDIANTE EL PORTAL ELECTRONICO DE DIVERSAS INSTITUCIONES. **¿ES CORRECTO?**
5.	4.7.1.5. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS DE PRESENTAR 3 CONTRATOS DONDE EL OBJETO SEA EL DE ESTA LICITACIÓN Y QUE NO EXCEDA UN PERIODO DEL 2019 AL 2021 Y SERÁN DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGIA TODA VEZ QUE EN EL ANEXO **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
6.	BASES EN GENERAL	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE UN ANEXO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, NOS PERMITA PRESENTAR DICHO ANEXO CON LA LEYENDA DE NO APLICA. **¿SE ACEPTA?**
7.	4.6. ESCRITOS Y MANFIESTOS EN ORIGINAL	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN QUE FORMATOS O ANEXOS DEBEN PRESENTAR AMBAS EMPRESAS. **FAVOR DE ACLARAR**
8.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO K)	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO, SOLO SE DEBE DE PRESENTAR LA RELACIÓN DE PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. **¿ES CORRECTO?**
9.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA NOTA ÚLTIMO PARRAFO	ENTENDEMOS QUE NO SERÁ IMPEDIMENTO SEGÚN ESTE INCISO QUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO SEA A TRAVÉS DE UNA EMPRESA QUE TIENE LA CONTRATACIÓN DE ESTE, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE PERTENECEN A UN MISMO GRUPO Y QUE LOS SOCIOS DE AMBAS SON LOS MISMOS, QUE CUENTAN CON UN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENTRE AMBAS Y PRESENTANDO TAMBIÉN EL CUMPLIMIENTO POSITIVO ANTE EL IMSS, INFONAVIT Y SAT DE AMBAS Y VE EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA. **¿SE ACEPTA?**
10.	4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON LAS NORMAS ENLISTADAS. **¿SE ACEPTA?**
11.	4.7.1.7. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN INGENIERO BIOMEDICO. **¿ES CORRECTO?**
12.	4.7.1.8. EXPERIENCIA TÉCNICOS	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN TÉCNICO. **¿ES CORRECTO?**
13.	4.7.1.9. EXPERIENCIA DE COORDINADORES DE TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN COORDINADOR DE CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES. **¿ES CORRECTO?**
14.	4.7.1.12. SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE GESTIÓN	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN TÉCNICO DE SOFTWARE. **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
15.	**4.7.1. INCISO H) EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO**	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO PERMITA PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA DEL SECTOR GOBIERNO Y/O DEL SECTOR PRIVADO OTORGADA A MI REPRESENTADA Y DONDE SE HAYA PRESTADO EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. **¿SE ACEPTA?**
16.	**4.7.1. INCISO I) EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS EN MÍNIMA INVASIÓN**	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS QUINCE TÉCNICOS ADEMAS DE UN SUPERVISOR DE LAPAROSCOPIA QUE PODRÁN SER ENTRE LICENCIADOS Y/O TÉCNICOS EN ENFERMERÍA. **¿ES CORRECTO?**
17.	4.5. INCISOS J Y K 4.6. INCISOS C Y H.	LOS ESCRITOS Y REFERENCIAS A QUE HACEN REFERENCIA EN ESTOS INCISOS SE DEBERÁ PRESENTAR POR CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN DE MANERA CONJUNTA QUE APORTEN PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. POR ENDE, NO LE APLICARÍA EL ÚLTIMO PARRAFO DEL NUMERAL 4.5. **¿ES CORRECTO?**
18.	4.5. INCISOS I	PARA EL CASO DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO SE ACEPTA ENTREGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DEL ARRENDADOR DEL INMUEBLE, TODA VEZ QUE ESTÁN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LOS SERVICIOS DE TELÉFONO Y LUZ. **¿ES CORRECTO?**
19.	4.7.1.5 4.7.1.7 4.7.1.8	EN LOS REFERIDOS NUMERALES HACEN REFERENCIAS A CONTRATOS, EXPERIENCIA DE INGENIEROS DE SERVICOIS Y TÉCNICOS POR CADA GRUPO TERAPEUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCPIA Y UROLOGÍA PEDIATRICA), SIN EMBARGO, EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y CON LOS QUE SE CUENTA DENTRO DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA ESTÁ INMERSO EL SERVICIO DE UROLOGÍA PEDIATRICA Y NO HAY UNO ESPECIFICO PARA ESA ESPECIALIDAD **FAVOR DE ACLARAR**
20.	ANEXO 20	<table><tr><td>MONTO MÍNIMO A EJERCER CON I.V.A. INCLUIDO $ 1,834,721.12 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 12/100 M.N.)</td><td>MONTO MÁXIMO A EJERCER CON I.V.A. INCLUIDO $ 18,347,211.48 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 48/100 M.N.)</td></tr></table> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE LAS SUBPARTIDAS 2 Y 3 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, YA QUE CON EL PRESUPUESTO SEÑALADO PARA EJERCER ÚNICAMENTE SE DA SUFICIENCIA A LA SUBPARTIDA 1, MISMA QUE A COSTOS DE LA LICITACIÓN ANTERIOR SE EJERCE MENSUALMENTE 3 MILLONES DE PESOS EN PROMEDIO, ES DECIR EN 8 MESES SE ESTARÍAN EJERCIENDO 24 MILLONES DE PESOS, RAZÓN POR LO CUAL NO ALCANZAN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS POR LA CONVOCANTE. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE NO HA LLEVADO A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA Y POR ENDE NO TIENE REFERENCIAS HISTÓRICAS Y ACTUALES DE LOS COSTOS REALES DEL MERCADO, Y DE ACUERDO AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS LA FACTURACIÓN PROMEDIO DE ESTE SERVICIO SERÍA DE 2.8. MILLONES DE PESOS MENSUALES, Y 80 MENSUALES DEL SERVICIO DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		POR ENDE LA SUMA DE TODOS LOS CONCEPTOS SUMARÍA ENTRE 50 Y 60 MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE, POR LO QUE EL PRESUPUESTO DE LA CONVOCANTE ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS 3 SUBPARTIDAS. SE ACEPTA LA CANCELACIÓN O DECLARCR DESIERTA LAS SUBPARTIDAS 2 Y 3 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL POR PRECIO NO CONVENIENTE. **¿SE ACEPTA?**
21.	DICE: INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. EQUIPOS MEDICOS. PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL DEBERA...	PREGUNTA: DEBIDO A QUE PARA EL SERVICIO SE PUEDE OFERTAR EQUIPO NUEVO Y ESTE NO HA SIDO ADQUIRIDO POR LO TAL AÚN NO SE CUENTAN CON EL CERTIFICADO DONDE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, Y SE TENDRÁ HASTA QUE EL EQUIPO SEA ADQUIRIDO. POR ESTO SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE DIGA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN CON FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
22.	DICE: INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN. Y 4.6. G.	PREGUNTA: EL ARTICULO 30 TRATA SOBRE "BIENES A ADQUIRIR" Y EN ESTE EVENTO SE ESTÁ LICITANDO UN "SERVICIO" POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y ACCESORIOS DE ORIGEN EXTRANJERO SIEMPRE QUE EL LICITANTE SEA DE ORIGEN NACIONAL. ESTO DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA EN ESTE SERVICIO ÚNICAMENTE ES CUMPLIDA POR MARCAS EXTRANJERAS LAS CUALES SON GOLD ESTÁNDAR EN EL MERCADO. **¿SE ACEPTA?**
23.	DICE: 4.1 MUESTRAS. NOTA: LAS MUESTRAS E LOS EQUIPOS Y BIENES PROPUESTOS DEBEN SER COMPATIBLES.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LA MUESTRA FÍSICA ÚNICAMENTE SE DEBERÁN PRESENTAR LOS INSUMOS DESCRITOS EN LA TABLA DE LA PÁGINA 12 DE 114 ITEM DEL 1 AL 20 Y DEL ANEXO 1.9 ASEGURANDO QUE ESTOS SERÁN COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS A OFERTAR. **¿ES CORRECTO?**
24.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO... U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO E LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR LOS CATÁLOGOS, MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO ÚNICAMENTE EN FORMATO DIGITAL USB CON EL FIN DE NO AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE CON IMPRESIONES QUE PUEDEN SER CONSULTADAS Y REVISADAS EN FORMATO DIGITAL, Y LAS FICHAS DE LOS EQUIPOS SE ENTREGUEN EN AMBOS MEDIOS **¿SE ACEPTA?**
25.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO DE LAS HOJAS UTILIZADAS PARA REALIZAR EL REFERENCIADO/MARCAJE DE LAS FICHAS/CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, SIEMPRE QUE SE ENTREGUEN LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. **¿SE ACEPTA?**
26.	DICE: 4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES. B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD:	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO APLICA ÚNICAMENTE PARA LOS INSUMOS A OFERTAR, **¿ES CORRECTO?**
27.	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA ÚNICAMENTE POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
28.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O FILIAL EN MÉXICO. **¿SE ACEPTA?**
29.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO EN ORIGINAL O COPIA COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGAR LA ORIGINAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EN LA FIRMA DEL CONTRATO. **¿SE ACEPTA?**
30.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. TODAS LAS CARTAS DE INSUMOS Y SOFTWARE DE APOYO DEBERÁN CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL.	PREGUNTA: ALGUNAS EMPRESAS NO CUENTAN CON SELLO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE REQUERIMIENTO NO SEA OBLIGATORIO SIEMPRE QUE SE ENTREGUE UNA CARTA MANIFESTANDO QUE NO CUENTAN CON SELLO PROPIO. **¿SE ACEPTA?**
31.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO... U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO E LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO	PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR MÚLTIPLES OPCIONES TECNOLÓGICAS A LOS USUARIOS Y ASÍ BRINDAR MÁS BENEFICIOS A LOS HOSPITALES QUE CONTARAN CON EL SERVICIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR HASTA 2 MARCAS DIFERENTES PARA LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL ANEXO 1.3, SIEMPRE QUE SE ASEGURE LA ENTREGA DE INSUMOS COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
32.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
33.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
34.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
35.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
36.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE 3 CHIPS POR 3CCD LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. **¿SE ACEPTA?**
37.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SALIDA DE SEÑAL 1080p, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. **¿SE ACEPTA?**
38.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
39.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ, EL CUAL ES FUNCIONAL AL RANGO QUE SOLICITAN **¿SE ACEPTA?**
40.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
41.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 4 GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN DE 4.5 A 5.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UNA GUÍA DE LUZ DE DIÁMETRO DE 4.25 MM DEL HAZ DE LUZ, YA QUE EL USO DE ESTA MEDIDA NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
42.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO COMO OPCIONAL, DEBIDO A QUE AL SER TECNOLOGÍA LED NO REQUIERE UN TIEMPO DE ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO, ADEMÁS DE QUE CUENTA CON REFRIGERACIÓN POR AIRE A PRESIÓN. **¿SE ACEPTA?**
43.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.5 CON SISTEMA DE ALARMA O INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA SE REFIERE A LOS INDICADORES DE PRESIÓN DE CAVIDAD, DE PRESIÓN AJUSTADA, DE ENCENDIDO, DE CAUDAL AJUSTADO/REAL, DE VOLUMEN. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
44.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE A LA INDICACIÓN DEL MODO DE EVACUACIÓN DE HUMO. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
45.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
46.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL PROCESADOR DE LA TORRE, YA QUE EL CABEZAL ENDOCÁMARA SE CONECTA A ESTE EQUIPO Y NO DIRECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. **¿SE ACEPTA?**
47.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	DEBIDO A QUE LA LUZ LED ES UNA TECNOLOGÍA QUE NO GENERA CALOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO NO SE DEBA DEMOSTRAR OBLIGATORIAMENTE YA QUE ES IMPLICITO QUE AL OFERTAR LUZ LED SE CUMPLE CON ESTE PUNTO. **¿SE ACEPTA?**
48.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 4. PANTALLA LCD TFC TÁCTIL A COLOR O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR. **¿SE ACEPTA?**
49.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR OXÍMETRO DE PULSO CON BATERÍA DE RESPALDO CON AL MENOS 8 HORAS DE DURACIÓN.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
	E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	**¿SE ACEPTA?**
50.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA BATERÍA DE RESPALDO CON TIEMPO DE CARGA DE DOS HORAS POR CADA HORA DE USO, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ADEMÁS, QUE NUESTROS TÉCNICOS ESTARÁN A CARGO DEL CUIDADO DEL EQUIPO EN TODO MOMENTO. **¿SE ACEPTA?**
51.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**
52.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA ENTENDEMOS QUE UNICAMENTE SE DEBERÁN REFERENCIAR Y ENTREGAR LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR LOS ACCESORIOS DEL PUNTO 4 PUES NO ES OBLIGATORIO OFERTAR UN EQUIPO CON ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**
53.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
54.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
55.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
56.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
57.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 1.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
58.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE 3 CHIPS POR 3CCD. **¿SE ACEPTA?**
59.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SALIDA DE SEÑAL 1080p, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
60.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
61.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 3.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
62.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 4 GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN DE 4.5 A 5.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UNA GUÍA DE LUZ DE DIÁMETRO DE 4.25 MM DEL HAZ DE LUZ, YA QUE EL USO DE ESTA MEDIDA NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
63.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO COMO OPCIONAL, DEBIDO A QUE AL SER TECNOLOGÍA LED NO REQUIERE UN TIEMPO DE ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO, ADEMÁS DE QUE CUENTA CON REFRIGERACIÓN POR AIRE A PRESIÓN. **¿SE ACEPTA?**
64.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 6.5 CON SISTEMA DE ALARMA O INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA SE REFIERE A LOS INDICADORES DE PRESIÓN DE CAVIDAD, DE PRESIÓN AJUSTADA, DE ENCENDIDO, DE CAUDAL AJUSTADO/REAL, DE VOLUMEN. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
65.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE A LA INDICACIÓN DEL MODO DE EVACUACIÓN DE HUMO. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
66.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA...	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
	6.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	
67.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 2.6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL PROCESADOR DE LA TORRE, YA QUE EL CABEZAL ENDOCÁMARA SE CONECTA A ESTE EQUIPO Y NO DIRECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. **¿SE ACEPTA?**
68.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	DEBIDO A QUE LA LUZ LED ES UNA TECNOLOGÍA QUE NO GENERA CALOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO NO SE DEBA DEMOSTRAR OBLIGATORIAMENTE YA QUE ES IMPLICITO QUE AL OFERTAR LUZ LED SE CUMPLE CON ESTE PUNTO. **¿SE ACEPTA?**
69.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA E) EQUIPO PARA LITOTRICIA LÁSER...	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES, ADEMÁS DE CONTAR CON UN NUMERO NO SIGNIFICANTE DE CIRUGIAS A USAR CON ESTE EQUIPO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LITOTRICIA NEUMATICO SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE **¿SE ACEPTA?**
70.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**
71.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA ENTENDEMOS QUE UNICAMENTE SE DEBERÁN REFERENCIAR Y ENTREGAR LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR LOS ACCESORIOS DEL PUNTO 4 PUES NO ES OBLIGATORIO OFERTAR UN EQUIPO CON ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
72.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 3. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS ULTRASÓNICOS QUE VIBRAN DESDE UNA FRECUENCIA 47 KHZ, CON ACTIVACIÓN MANUAL Y CON CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
73.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 3. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS ULTRASÓNICOS QUE VIBRAN DESDE UNA FRECUENCIA 47 KHZ, CON ACTIVACIÓN MANUAL Y CON CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
74.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL PRESENTE NUMERAL, LA CONVOCANTE NOS DA LIBERTAD DE OFRECER UN SOLO EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA, YA SEA DE ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA Y POR LO TANTO SÓLO OFERTAR EL INSTRUMENTAL COMPATIBLE PARA EL EQUIPO, OMITIENDO UNO DE LOS NUMERALES 3 Ó 4 DEL PRESENTE INCISO B). **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
75.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 4. CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENUNCIADO QUIERE DECIR: CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÁXIMA DE 120 WATTS. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
76.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 6. INDICADORES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL INDICADOR EN PANTALLA. **¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**
77.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL PRESENTE NUMERAL, LA CONVOCANTE NOS DA LIBERTAD DE OFRECER UN SOLO EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA, YA SEA DE ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA Y POR LO TANTO SÓLO OFERTAR EL INSTRUMENTAL COMPATIBLE PARA EL EQUIPO, OMITIENDO UNO DE LOS NUMERALES 3 Ó 4 DEL PRESENTE INCISO B). **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
78.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 4. CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENUNCIADO QUIERE DECIR: CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÁXIMA DE 120 WATTS. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
79.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 6. INDICADORES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL INDICADOR EN PANTALLA. **¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**
80.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA A) CARRO DE TRANSPORTE 3. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OMITIR REFERENCIAR LA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG YA QUE SE ENTIENDE QUE TODOS LOS CARROS QUE ESTAN DISEÑADOS PARA EL TRANSPORTE DE TORRES DE ENDOSCOPIA CUMPLEN CON ESTA CARACTERISTICA Y POR LO MISMO NO SE EXPRESA EN LOS MANUALES NI CATALOGOS DEL EQUIPO **¿SE ACEPTA?**
81.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA B) MONITOR. 4. RESOLUCIO´N MÍNIMA DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
82.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 10. CARRO PORTA EQUIPO, POR CADA EQUIPO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE OMITA YA QUE EN EL PUNTO 8 DE LA MISMA FICHA YA SE SOLICITA UN CARRO PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR EQUIPOS. **¿SE ACEPTA?**
83.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 10. CARRO PORTA EQUIPO, POR CADA EQUIPO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE OMITA YA QUE EN EL PUNTO 8 DE LA MISMA FICHA YA SE SOLICITA UN CARRO PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR EQUIPOS. **¿SE ACEPTA?**
84.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2. 6.8. CON FILTRO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A UN COMPONENTE DEL SISTEMA, **¿ES CORRECTO?**
85.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2. 6.8. CON FILTRO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A UN COMPONENTE DEL SISTEMA, **¿ES CORRECTO?**
86.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 2. ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLES CON RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO,C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
87.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 2. ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLES CON RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO,C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
88.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 4. RESOLUCION MINIMA DE 1920 X1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
89.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 5. COMPATIBLE CON TODOS LOS EQUIPOS OFERTADOS	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN QUE TODOS LOS EQUIPOS SON DE LA MISMA MARCA Y COMPATIBLES ENTRE ELLOS. **¿SE ACEPTA?**
90.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
91.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA A) CARRO DE TRANSPORTE 3. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ENTREPAÑOS SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE SERÁ FUNCIONAL CON LA TORRE A OTORGAR. **¿SE ACEPTA?**
92.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA A) CARRO DE TRANSPORTE 3. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ENTREPAÑOS SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE SERÁ FUNCIONAL CON LA TORRE A OTORGAR. **¿SE ACEPTA?**
93.	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS:	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE POR "EQUIPO MEDICO" SE REFIERE A TODOS AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO **¿ES CORRECTO?**
94.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. A. PARA LOS INSUMOS	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE UNICAMENTE SE REQUIERE PARA LOS INSUMOS OFERTADOS, ASÍ COMO PARA EL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. **¿ES CORRECTO?**
95.	DICE: ANEXO 1.11 RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN ESTA LISTA UNICAMENTE SE DEBERÁN RELACIONAR LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS PARA SU USO Y NO EL MOBILIARIO Y OTROS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA NO LO REQUIERAN. **¿ES CORRECTO?**
96.	DICE: DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA J) SISTEMA DE GNERACIÓN DE REPORTE... 20. PUERTO RED	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUÉ SE REFIERE CON ESTA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA, **FAVOR DE ACLARAR.**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
97.	DICE: DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA J) SISTEMA DE GNERACIÓN DE REPORTE...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUÉ SE REFIERE CON EXPORTACIÓN A RED. **FAVOR DE ACLARAR.**
98.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA E) EQUIPO PARA LITOTRICIA LÁSER...	PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y SEGÚN EL NUMERO DE CIRUGIAS QUE SE PRETENDER REALIZAR SEGÚN LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN LAS PRESENTES BASES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR EQUIPO LITOTRIPTOR NEUMATICO RODABLE, INVASIVO PARA LA FRAGMENTACIÓN DE LOS CALCULOS EN VEJIGA, URÉTER Y RIÑON. **¿SE ACEPTA?**
99.	DICE: DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA C)PROCESADOR DE IMÁGENES 4. PIN P (PICTURE IN PICTURE)	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL PROCESADOR. **¿SE ACEPTA?**
100.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA G) CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 7.5 FR CANAL RECTO...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CISTOSCOPIO SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN REQUERIDA. **¿SE ACEPTA?**
101.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA F) URETEROSCOPIO FLEXIBLE PEDIÁTRICO, ...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR URETEROSCOPIO SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN REQUERIDA. **¿SE ACEPTA?**
102.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTA PARTIDA AL NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO PARA SU USO BASTARA CON PRESENTAR CATALOGOS/MANUALES PARA COMPROBAR SU FUNCIONES Y CARACTERISTICAS PARA LA PROPUESTA **¿ES CORRECTO?**
103.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR REPROCESADORA AUTOMÁTICA SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE CUMPLA LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. **¿SE ACEPTA?**
104.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA DEL SERVICIO INTEGRAL, SOLICITAMOS QUE ESTE EQUIPO PUEDA SER OFERTADO DE MANERA OPCIONAL, ESTO ADEMÁS DE QUE EL PERSONAL TECNICO A CARGO DE BRINDAR EL SERVICIO SE OCUPARA DEL REPROCESAMIENTO DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
105.	DICE: ANEXO 19.1.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LOS EQUIPOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO EN LAS CASILLAS DE LA TABLA MARCADAS COMO "REGISTRO SANITARIO VIGENCIA, CERTIFICADO DE CALIDAD. VIGENCIA" SE PODRÁ PONER "NO APLICA" **¿ES CORRECTO?**
106.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA J) EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA 9. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA EL FLUJO DE GAS ARGÓN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPLAY DE LA INFORMACIÓN SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. **¿SE ACEPTA?**
107.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA J) EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA ACCESORIOS PARA EQUIPO 2. CÁNULA ENDOSCÓPICA DE APLICACIÓN DE ARGÍON DE LONGITUD PARA COLONOSCOPIA.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE LA MEDIDA DE CÁNUCA REQUERIDA. **FAVOR DE ACLARAR.**
108.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 2. LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 12V, 35W	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE OFERTAR LUZ LED ESTE PUNTO SE OFERTE DE MANERA OPCIONAL. **¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**
109.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 2. LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 12V, 35W	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE EMERGENCIA SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE YA QUE ESTE ESTA DESTINADA A SER UTILIZADA UNICAMENTE EN CASOS IMPREVISTOS Y NO EN PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, POR LO QUE NO TIENE IMPACTO EN LA CALIDAD Y ATENCIÓN BRINDADA AL PACIENTE. **¿SE ACEPTA?**
110.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 10. VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA MÍNIMO 6 AÑOS	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFRECER UNA LÁMPARA CON VIDA ÚTIL DE 500 HORAS DE USO CONTINUO COMO MÍNIMO, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO, ADEMÁS EN CASO DE QUE SE NECESITE REMPLAZAR LA LÁMPARA ESTO CORRE A CUENTA DEL LICITANTE ADJUDICADO Y NO REPRESENTARA CARGO ALGUNO A LA INSTITUCIÓN. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
111.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA C)PROCESADOR DE IMÁGENES 15. CON CROMOENDOSCOPIA DIGITAL DE IMAGEN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO SEGÚN NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, **¿SE ACEPTA?**
112.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA C)PROCESADOR DE IMÁGENES 16. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120. 50/60HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
113.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 1. FUENTE DE LUZ DE XENON 300 WATTS COMO MÍNIMO O LUZ LED DE 1300 I.M	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER FUENTE DE LUZ LED DE HASTA 5,64 W (EQUIVALENTE A UNA FUENTE DE LUZ XENÓN 300 W), YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
114.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCÓPICA 4. TASA DE FLUJO DE 0 A 500 ML/MIN COMO MINIMO 5. TASA DE FLUJO PARA BIOPSIA 0-600MI/MIN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCÓPICA SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN CLINICA PARA LA QUE FUE DISEÑADA EL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
115.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA F) VIDEOGASTROSCOPIO 5. PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN DE 2MM A 100MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO CON PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 5-100MM. **¿SE ACEPTA?**
116.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA F) VIDEOGASTROSCOPIO 6. DIÁMETRO ESTERIOR DEL TUBO DE INSERCION DE 9.0 A 9.3 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCION DE 9.9 MM. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
117.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE CAMARA CMOS DE 1/3 LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. **¿SE ACEPTA?**
118.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA G) VIDEODUODENOSCOPIO 1. CANAL DE TRABAJO CON UN DIÁMETRO DE 4,2 MM O MAYOR	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL DIÁMETRO INTERIOR DEL CANAL. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
119.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA H) VIDEOCOLONOSCOPIO 9. PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 2MM A 100 MM Y CERCA DE 2 A 6 MM COMO MÍNIMO	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO CON PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 5-100MM DE CERCA DE 2-6 MM COMO MÍNIMO. **¿SE ACEPTA?**
120.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS NO REPRESENTAN RIESGO ALGUNO PARA LOS PACIENTES NI TIENEN CONTACTO CON ELLOS, ADEMÁS DE NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO PARA SU USO Y QUE SERÁN UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA DEL INTEGRADOR ADJUDICADO PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR UNICAMENTE LOS MANUALES Y CATALGOS DE LAS REPROCESADORAS A UTILIZAR EN EL SERVICIO, **¿SE ACEPTA?**
121.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNA ESPECIFICACIÓN TECNICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE NO SE EXPRESE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE PERMITAN REFERENCIAR IMÁGENES, DIAGRAMAS O PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE EXPRESE QUE LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. **¿SE ACEPTA?**
122.	2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN	**DICE:** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN 1, 33 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES **PARA EL DISTRITO FEDERAL** Y 53 DE SU REGLAMENTO. POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER NACIONAL. LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR AL MENOS CON UN **50% (CINCUENTA POR CIENTO)** DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS CON ORIGEN DE OTROS PAISES QUE ESTEN BAJO TRATADOS ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. **¿SE ACEPTA?**
123.	4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA	**DICE**: LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENCIADOS DEL SERVICIO INTEGRAL QUE OFERTEN, DEBERÁN SER ORIGINALES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR RUBRICADOS POR QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA E IDENTIFICADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA. LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO LO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		SON CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. DEBIDO A QUE MUCHOS MANUALES O CATALOGOS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS PUEDEN CONTENER HASTA ARRIBA DE 400 HOJAS, SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LA CARATULA, Y LA O LAS PAGINAS DODE SE DESCRIBAN LAS CARACTERISITICAS OFERTADAS **¿SE ACEPTA?**
124.	4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.1	**DICE:** PARA FINES DE REFERENCIACIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL Y/ O INGLÉS CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNOS DOCUMENTOS O CATÁLOGOS SOLICITADOS SE ENCUENTREN EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, NOS PERMITA PRSENTAR TRADUCCION SIMPLE UNICAMENTE DE LOS PARRAFOS EN DONDE SE HAGA REFERANCIA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS **¿SE ACEPTA?**
125.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS	**DICE:** SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DE LA FABRICANTE ACTUALIZADA DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE. DERIVADO QUE SE OFERTARAN EQUIPOS NUEVOS DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LA INFORMACION SOLICITADA **¿SE ACEPTA?**
126.	4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	**DICE:** EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL CARTA DE APOYO SOLIDARIO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, (CON FECHA DEL MES Y DEL AÑO DE LA LICITACIÓN) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS INSUMOS Y SOFTWARE OFERTADO, GARANTIZANDO EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIÓN QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LAS PARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DE LAS MISMAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DEL APOYO SOLIDARIO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO **¿SE ACEPTA?**
127.	4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	**DICE:** TODAS LAS CARTAS DE INSUMOS Y SOFTWARE DE APOYO DEBERÁN CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL DERIVADO QUE NO TODOS LOS FABRICANTES O TITULARES DE REGISTRO SANITARIO MANEJAN SELLO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA QUE SE ACEPTE LA CARTA CON MEMBRETE Y CON LA FIRMA **¿SE ACEPTA?**
128.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	SETS DE INSTRUMENTAL DICE: TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM. ENTENDEMOS QUE ESTE MISMO PUNTO ES EL QUE SOLICITAN EN LA FICHA TECNICA DE INSUMOS1.3.8 "MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN" Y QUE NO DEBEREMOS OFERTARLO DOBLE, YA QUE ESTO GENERARIA UN MAYOR GASTO PARA LA CONVOCANTE, **ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
129.	1.3.5FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	**DICE: TIJERA DE GANCHO 5MM X36CM.** **SOLICITAMOS A LA LICITANTE:** NOS PERMITA NO INCLUIR ESTE INSTRUMENTAL, YA QUE SE OFERTA ESTA MISMA CON LA DESCRIPCIÓN DE "TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE." LO CUAL GENERA SE DUPLIQUE Y GENERA UN COSTO EXTRA AL PROCEDIMIENTO. **¿SE ACEPTA?**
130.	1.3.7FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA	**DICE:** CUATRO VAINAS TROCAR CON VÁLVULA MAGNÉTICA DE BOLA, TUBO DE PLÁSTICO CON ROSCA, DIÁMETRO INTERIOR DE 3.5 MM, LONGITUD ÚTIL DE 100MM, REUTILIZABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "VAINA TROCAR 3.5/110 MM. LISO CON GRIFO" **¿SE ACETA?**
131.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA	**DICE**: CUATRO TROCAR, PUNTA CÓNICA ROMA, LONGITUD ÚTIL DE 100 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PUNZÓN TROCAR CÓNICO-EMBOTADO 3.5/110 MM." **¿SE ACEPTA?**
132.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA	**DICE: PLACAS Y CABLES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO** ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE PODRAN OFERTAR PLACAS DESECHABLES YA QUE SE ECUENTRA EN LA FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL **ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN**
133.	1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	**DICE:** PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PLACA DE ELECTROCAUTERIO PARA PACIENTE DIVIDIDA 110 CM. CUADRADOS" **¿SE ACEPTA?**
134.	1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	**DICE**: LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN, ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS SOLICITAN SOLO LA PLACA O EL LAPIZ, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS ACLARE SI EN TODOS LOS PROCEDIMIENTO NECESITARAN LA PLACA Y EL LAPIZ **FAVOR DE ACLARAR**
135.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA 1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO. 2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE. **DICE:** DEBIDO A QUE HAY DOS PRODUCTOS EN UN MISMO PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER MODIFCAR, YA QUE ESTO HACE QUE EL NUMERAL DE LO SOLICITADO INCREMENTE Y SE PUEDA OFERTAR CON MAYO CLARIDAD EJEMPLO:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		2. PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 3. TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE **¿SE ACEPTA?**
136.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 5 MM, YA QUE ES LA MEDIDA ESTANDAR PARA EL INSTRUMENTAL QUE SE ESTA REQUIRIENDO. **¿SE ACEPTA?**
137.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON TUBO DE 5MM DESECHABLE. **¿SE ACEPTA?**
138.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 4.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EN EL NUMERAL 14, SI SE REFIERE A UN RETRACTOR EN ABANICO O UNA PINZA BABCOCK, YA QUE SE ESTAN OFERTANDO LAS MISMAS EN NUMERALES ANTERIORES DEL MISMO PROCEDIMIENTO. **¿SE ACEPTA?**
139.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 4.	EN EL NUMERAL 15, LA CONVOCANTE REQUIERE UN PORTAAGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO DE 5MM Y 36 CM, **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
140.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	NUMERAL 25, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA DE AGARRE Y DISECCION DE 5MM. **¿SE ACEPTA?**
141.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA 1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	DEBIDO A QUE CADA FABRICANTE MANEJA DIFERENTE NOMENCLATURA PARA LA DECRIPCION DE UN PRODUCTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR DE ACUERDO A LA DECRIPCION DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS CLINICAS Y FUNCIONALES SOLICITADAS **¿SE ACEPTA?**
142.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA 1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA ACEPTAR UNA TOLORENCIA DE +/- 10% EN LAS MEDIDAS DEL INTRUMENTAL E INSUMOS ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN **¿SE ACEPTA?**
143.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: PINZAS CAIMAN GUIAS HIDROFILICAS 0.0018MM NUMERAL 25, SE ENTIENDE QUE SON DOS PRODUCTOS QUE REQUIEREN PARA ESTE PUNTO UNA PINZA Y UNA GUIA, **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
144.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: PINZAS CAIMAN GUIAS HIDROFILICAS 0.0018MM NUMERAL 25, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA DE AGARRE Y DISECCION DE 5MM. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
145.	1.3.9 FICHA TECNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: UN EQUIPO HEMOSPRAY EN RELACIÓN A LA FICHA TÉCNICA 1.3.9 INSUMOS PARA ENDOSCOPIA PÁGINA 70 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA EN SU NUMERAL 2, LA CONVOCANTE SOLICITA EQUIPO "HEMOSPRAY". DERIVADO DE LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS, SE SOLICITA QUE SE PUEDA OFRECER EQUIPO MARCA "ENDOCLOT", EL CUAL FUNGE DE MANERA ANÁLOGA AL "HEMOSPRAY" CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN TÉCNICA "SISTEMA DE APLICACIÓN EN POLVO QUE SE UTILIZA COMO AGENTE HEMOSTÁTICO AUXILIAR PARA CONTROLAR LAS HEMORRAGIAS EN CAPILARES, VENAS O ARTERIOLAS EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR E INFERIOR" RESPECTO AL CUAL SE CUENTAN CON DIVERSOS ESTUDIOS CLÍNICOS QUE ARROJAN QUE NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA UTILIZACIÓN DE "HEMOSPRAY" Y "ENDOCLOT" LOS CUALES PODRÁN ENCONTRARSE EN LOS SIGUIENTES LINKS. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6452236/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30983819/ **¿SE ACEPTA?**
146.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS	**DICE:** SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DE LA FABRICANTE ACTUALIZADA DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE. DERIVADO QUE SE OFERTARAN EQUIPOS NUEVOS DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRSENTAREMOS LA INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICON ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS **¿SE ACEPTA?**
147.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DEL INSTRUMENTAL	DICE: DEL INSTRUMENTAL: SE COMPROMETE A INSTALAR INSTRUMENTAL NUEVO O FUNCIONALMENTE NUEVO, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA Y MODELO. DERIVADO QUE SE OFERTARA INSTRUMENTAL NUEVO O DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS QUE. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRSENTAREMOS LA INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICION ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS **¿SE ACEPTA?**
148.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS	**DICE:** SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DE LA FABRICANTE ACTUALIZADA DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.3.1 FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES COMO FECHA DE FABRICACION MAXIMO 5 AÑOS GARANTIZANDO EL CAMBIO DEL EQUIPO EN CASO DE FALLA, ESTO CON EL FIN DE NO ENCARECER EL SERVICO DERIVADO DE LA DURACION DEL CONTRATO **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
149.	2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS MÉDICOS	Debido a que para el servicio se puede ofertar equipo nuevo y este no ha sido adquirido por lo tal, aún no se cuenta con el *CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO*, mismo que se obtendrá una vez que el equipo sea adquirido. Por tal motivo se solicita a la convocante se permita presentar en la propuesta técnica una carta bajo protesta de decir verdad en la que el participante se comprometa a presentar los certificados anteriormente mencionados en caso de resultar adjudicados. **¿Se acepta?**
150.	2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN. Y 4.6. G.	El articulo 30 trata sobre "bienes a adquirir" y en este evento se está licitando un "Servicio" por lo cual solicitamos a la convocante se permita ofertar equipo, instrumental, insumos y accesorios de origen extranjero siempre que el licitante sea de origen nacional. Esto debido a que la tecnología solicitada en este servicio únicamente es cumplida por marcas extranjeras las cuales son gold estándar en el mercado. **¿Se acepta?**
151.	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD I. REGISTRO SANITARIO	Se solicita a la convocante presentar únicamente el anverso de los registros sanitarios, ya que el reverso no contiene información **¿Se acepta?**
152.	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD I. REGISTRO SANITARIO	Se solicita a la convocante omitir la presentación del comprobante de derechos del sometimiento a prórroga del registro sanitario, ya que el acuse de recibo del trámite que se presentará únicamente es emitido si se ha realizado el pago correspondiente **¿Se acepta?**
153.	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD II. NO REQUISITO DE REGISTRO SANITARIO	Se solicita a la convocante que la descripción en el acuerdo el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2014 del bien coincida respecto a la intención de uso, no siendo necesario que corresponda justa, exacta y cabalmente **¿Se acepta?**
154.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS:	Se solicita a la convocante realizar las pruebas de funcionamiento bajo condiciones barométricas en la ciudad de México, al momento de la instalación y puesta en marcha del equipo, una vez adjudicados o en su caso que sean omitidas, ya que las condiciones barométricas de la Ciudad de México no se consideran extremas. **¿Se acepta?**

		DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	
COMERLAT, S.A. DE C.V. LICITANTE	**VÍCTOR HUGO AVIÑA VALLE** NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	CALLE Y NÚMERO	**AV. PASEO DE LA REFORMA #2620 PH4 PLANTA ALTA**
		COL., ALCALDÍA.	**LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO**
		C.P.	**11950**
		TELÉFONO(S)	**55 5575 8165**
		CORREO ELECTRÓNICO	ventas.gobierno@co-merlat.com

Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 30001122–011–2022
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

ANEXO 24
FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DEL 2022

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
1	**4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS** **PUNTO 4.7.1.5** DICE: ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS DONDE INCLUYAN LOS TRES GRUPOS TERAPÉUTICOS (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA) EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE	PREGUNTA: LA EXPERIENCIA QUE EJERCE MI REPRESENTADA SE ESPECIALIZA EN EL SERVICIO INTEGRAL RELACIONADO CON DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOS EN ATENCION DIRECTA A USUARIO Y EL PACIENTE. DADO LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE NOS CLARIFIQUE SÍ SE PERMITE LA ENTREGA DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD COMO LO SON TERAPIA Y DIAGNOSTICO, EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS Y SU FORMALIZACION CORRESPONDIENTE PARA FORTALECER LA PROPUESTA DE MI PROVEEDURIA. ¿ES CORRECTO?

Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA **E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCOPICA**	E. 5. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una tasa de flujo para biopsia de 500 ml/min, con el fin de no someter los endoscopios a una sobrepresión en el canal de trabajo, se acepta?
7	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCOPICA**	PREGUNTA: E. 2. Debido a que la función de temporizador no es utilizada habitualmente, solicitamos a la convocante se considere como opcional para no limitar la participación, ¿se acepta?
8	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **F) VIDEOGASTROSCOPIO**	PREGUNTA: F.6 Para no limitar la participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar un diámetro de inserción de 9.8mm debido que se solicita zoom óptico para un endoscopio adulto por lo que el diámetro no puede ser menor considerando el canal de trabajo de 2.8mm, ¿se acepta?
9	**A ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **H) VIDEOCOLONOSCOPIO**	PREGUNTA: H.4. Debido a que el endoscopio solicitado cuenta con zoom óptico esta característica restringe el campo de visión y el canal de trabajo, por lo que solicitamos nos permita ofertar 140° y 3.2mm respectivamente para no limitar la participación. ¿Se acepta?
10	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.1 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar computadora tipo laptop ya que ocupa menos espacio en el carro, ¿se acepta?
11	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.6 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar formatos de imagen (JPEG y DICOM), ya que estos formatos son compatibles con sistemas de imágenes medicas como el PACS, ¿se acepta?
12	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.7 Para no limitar la participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar únicamente formato MPEG-4, ya que este formato es mas común para visualizarlo en computadoras, ¿se acepta?

Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

LICITANTE DICIPA, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERÓN REPRESENTANTE LEGAL DICIPA, S.A. DE C.V. Dicipa, S.A.de C.V RFC: DCP790511-D36 Edificio Metrópoli Patriotismo I Av. Patriotismo # 201, piso 8 Col. San Pedro de los Pinos, Benito Juárez C. P. 03800, Ciudad de México Tel. (55) 5093 2000 Fax (55) 5093 20	**DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO**	
		CALLE Y NÚMERO	AV PATRIOTISMO NUM. 201 PISO 8
		COL., ALCALDÍA.	SAN PEDRO DE LOS PINOS
		C.P.	03800
		TELÉFONO(S)	555093 2000
		CORREO ELECTRÓNICO	jvera@dicipa.com.mx

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIP

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 18 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2102

No existen proveedores con esa búsqueda - BIODIST, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ABEL ZURITA MAYO
- ABEQU, S.A DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
- ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
- ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Y EL C. ERNESTO MAYA PARRA
- ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y TUBOS ARES, S.A. DE C.V.
- ACSPORTS, S.A. DE C.V.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. DE M.I.,
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L., MI.
- ADALIO EDUARDO GONZÁLEZ DURÁN
- ADHESIVOS Y SELLADORES, S.A. DE C.V.
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE DURANGO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 18 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2102

No existen proveedores con esa búsqueda - DICIPA, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ABEL ZURITA MAYO
- ABEQU, S.A DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
- ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
- ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Y EL C. ERNESTO MAYA PARRA
- ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y TUBOS ARES, S.A. DE C.V.
- ACSPORTS, S.A. DE C.V.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. DE M.I.,
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L., MI.
- ADALIO EDUARDO GONZÁLEZ DURÁN
- ADHESIVOS Y SELLADORES, S.A. DE C.V.
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE DURANGO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 18 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2102

No existen proveedores con esa búsqueda - COMERLAT, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ABEL ZURITA MAYO
- ABEQU, S.A DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
- ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
- ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Y EL C. ERNESTO MAYA PARRA
- ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y TUBOS ARES, S.A. DE C.V.
- ACSPORTS, S.A. DE C.V.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. DE M.I.,
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L., MI.
- ADALIO EDUARDO GONZÁLEZ DURÁN
- ADHESIVOS Y SELLADORES, S.A. DE C.V.
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE DURANGO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 18 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2102

No existen proveedores con esa búsqueda - HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ABEL ZURITA MAYO
- ABEQU, S.A DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
- ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
- ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Y EL C. ERNESTO MAYA PARRA
- ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y TUBOS ARES, S.A. DE C.V.
- ACSPORTS, S.A. DE C.V.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. DE M.I.,
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L., MI.
- ADALIO EDUARDO GONZÁLEZ DURÁN
- ADHESIVOS Y SELLADORES, S.A. DE C.V.
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE DURANGO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 18 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2102

No existen proveedores con esa búsqueda - ADMINISTRADORA DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASTECEDORA Y FABRICACIÓN DE INSUMOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- ABEL ZURITA MAYO
- ABEQU, S.A DE C.V.
- ACABADOS E INSTALACIONES MOROCO, S.A. DE C.V.
- ACABADOS Y CONSTRUCCIONES MAAN, S.A. DE C.V.
- ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Y EL C. ERNESTO MAYA PARRA
- ACEROS JAOSA, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
- ACEROS Y TUBOS ARES, S.A. DE C.V.
- ACSPORTS, S.A. DE C.V.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. DE M.I.,
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.
- ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L., MI.
- ADALIO EDUARDO GONZÁLEZ DURÁN
- ADHESIVOS Y SELLADORES, S.A. DE C.V.
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADIRA CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
- ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE DURANGO, S.A. DE C.V.

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Regresar

No.:	1
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-004/2021**
Persona:	**GRUPO PROMOTOR DE VIVIENDA PARA MÉXICO, S.A. DE C.V.**
R.F.C.:	GPV0504143R1
Fecha de Resolución:	2021-08-27
Infracción:	FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	1 AÑO
Circular:	SCG/I/004/2021
Publicación en la Gaceta Oficial:	2021-09-10
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.:	2
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-005/2021**
Persona:	**ROSA PASCUAL GUADALUPE**
R.F.C.:	PAGR6811223Z0
Fecha de Resolución:	2021-08-31
Infracción:	FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	1 AÑO
Circular:	SCG/I/005/2021
Publicación en la Gaceta Oficial:	2021-09-10
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.:	3
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-007/2021**
Persona:	**P C LIMPIEZA, S.A. DE C.V.**
R.F.C.:	PLI0812185H2
Fecha de Resolución:	2021-09-28
Infracción:	FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	1 AÑO
Circular:	SCG/I/006/2021
Publicación en la Gaceta Oficial:	2021-10-08
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 8 DE OCTUBRE DE 2021, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.:	4

Expediente:	SCG/DGNAT/DN/DI-006/2021
Persona:	**ANA LUISA AMBRIZ MOIZEN**
R.F.C.:	AIMA891006480
Fecha de Resolución:	2021-09-29
Infracción:	FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	1 AÑO
Circular:	SCG/I/007/2021
Publicación en la Gaceta Oficial:	2021-10-12
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
No.:	**5**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-001/2021**
Persona:	**EMULMEX, S.A. DE C.V.**
R.F.C.:	EMU110816CF3
Fecha de Resolución:	2021-06-10
Infracción:	FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	UN AÑO
Circular:	SCG/I/001/2021
Publicación en la Gaceta Oficial:	2021-06-25
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 25 DE JUNIO DE 2021, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICILA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
No.:	**6**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-002/2021**
Persona:	**JYN INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
R.F.C.:	JYC101207TP7
Fecha de Resolución:	2021-06-28
Infracción:	FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	UN AÑO
Circular:	SCG/I/002/2021
Publicación en la Gaceta Oficial:	2021-07-08
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 08 DE JULIO DE 2021, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
No.:	**7**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-003/2021**
Persona:	**MARÍA DE LOURDES VALLE BASURTO**
R.F.C.:	VABL690211A44
Fecha de Resolución:	2021-07-14
[illegible]	FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL

Sanción:	UN AÑO
Circular:	SCG/I/003/2021
Publicación en la Gaceta Oficial:	2021-07-26
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 26 DE JULIO DE 2021, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICILA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
No.:	**8**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-010/2021**
Persona:	**JOSÉ LUIS HINOJOSA MUÑOZ DE COTE**
R.F.C.:	HIML710124T90
Fecha de Resolución:	2021-10-21
Infracción:	FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	1 AÑO
Circular:	SCG/I/009/2021
Publicación en la Gaceta Oficial:	2021-11-05
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
No.:	**9**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-012/2021**
Persona:	**GROUNDBREAKING TECHNOLOGIES, S.A.P.I. DE C.V.**
R.F.C.:	GTE1307163T4
Fecha de Resolución:	2022-01-13
Infracción:	FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	1 AÑO
Circular:	SCG/I/002/2022
Publicación en la Gaceta Oficial:	2022-01-31
Vigencia:	1 AÑO A PARTIR DEL 31 DE ENERO DE 2022
No.:	**10**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-015/2021**
Persona:	**ALEJANDRO RAMON GARZA HERNANDEZ**
R.F.C.:	GAHA700106D60
Fecha de Resolución:	2022-01-27
Infracción:	FRACCION III DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	UN AÑO
Circular:	SCG/I/003/2022
Publicación en la Gaceta Oficial:	2022-02-10
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DE 2022, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICILA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.:	**11**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-016/2021**
Persona:	**ICONOVIVA, S.A. DE C.V.**
R.F.C.:	ICO1512044X0
Fecha de Resolución:	2022-02-01
Infracción:	FRACCION V DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	DOS AÑOS
Circular:	SCG/I/004/2022
Publicación en la Gaceta Oficial:	2022-02-21
Vigencia:	DOS AÑOS A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO DE 2022, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.:	**12**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-013/2021**
Persona:	**INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**
R.F.C.:	IAR0708295C0
Fecha de Resolución:	2022-02-17
Infracción:	FRACCION V DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	UN AÑO
Circular:	SCG/I/005/2022
Publicación en la Gaceta Oficial:	2022-03-07
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 7 DE MARZO DE 2022, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.:	**13**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-014/2021**
Persona:	**MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.**
R.F.C.:	MCM071212NS8
Fecha de Resolución:	2022-03-02
Infracción:	FRACCION V DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	1 AÑO
Circular:	SCG/I/006/2022
Publicación en la Gaceta Oficial:	2022-03-23
Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DEL 23 DE MARZO DE 2022, FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.:	**14**
Expediente:	**SCG/DGNAT/DN/DI-009/2021**
Persona:	**LOKUS LOCATION SYSTEMS, S.A DE C.V.**
R.F.C.:	LLS170531FF1

Fecha de Resolución:	2021-10-11
Infracción:	FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Sanción:	3 AÑOS
Circular:	SCG/I/008/2021
Publicación en la Gaceta Oficial:	2021-10-27
Vigencia:	TRES AÑOS A DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021, FECHA DE PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 30001122–011–2022
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

ANEXO 24
FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DEL 2022

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
1	**4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS** **PUNTO 4.7.1.5** DICE: ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS DONDE INCLUYAN LOS TRES GRUPOS TERAPÉUTICOS (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA) EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN	PREGUNTA: LA EXPERIENCIA QUE EJERCE MI REPRESENTADA SE ESPECIALIZA EN EL SERVICIO INTEGRAL RELACIONADO CON DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOS EN ATENCION DIRECTA A USUARIO Y EL PACIENTE. DADO LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE NOS CLARIFIQUE SÍ SE PERMITE LA ENTREGA DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD COMO LO SON TERAPIA Y DIAGNOSTICO, EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS Y SU FORMALIZACION CORRESPONDIENTE PARA FORTALECER LA PROPUESTA DE MI PROVEEDURIA. ¿ES CORRECTO?

Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO.	
2	**ANEXO 1.2 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS POR UNIDAD MÉDICA**	PREGUNTA: LAS REPROCESADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y CORRECTO MANEJO DE LOS ENDOSCOPIOS SON FUNDAMENTALES Y BASTANTES ÚTILES. PARA PODER BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO A LA INSTITUCION PARA AQUELLAS UNIDADES QUE LO REQUERAN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE SER ADJUDICADOS, PREVIO A LA ENTREGA NOS PERMITA VALIDAR QUE LA UNIDAD MÉDICA CUENTA CON EL ESPACIO Y CAPACIDAD DE INSTALACIÓN, DE NO CONTAR CON LOS REQUISITOS VALIDADOS POR EL FABRICANTE SE ENTIENDE QUE NO SE DEBE COLOCAR EL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

3	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **A) CARRO DE TRANSPORTE**	PREGUNTA: A.3. Entendemos que la capacidad de carga del carro es acorde al peso del equipo médico ofertado, por lo que solicitamos a la convocante nos permita demostrar esta capacidad de carga mediante una imagen con el equipo médico instalado en el carro, ¿se acepta?
4	**A ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **A) PROCESADOR DE IMÁGENES**	PREGUNTA: C.14 Debido a que el panel de pantalla táctil está orientado un fabricante. Para no limitar la participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar panel de operación con botones físicos, sin que esto comprometa la operatividad del equipo ¿se acepta?
5	**A ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **D) FUENTE DE ILUMINACIÓN**	PREGUNTA: D.2 Entendemos que ofertar tecnología superior no es motivo de incumplimiento, por lo que solicitamos a la convocante nos permita ofertar lámpara LED con intensidad de 1400 lm con 4 LEDS independientes, por lo que ya no es necesaria una lámpara de emergencia, ya que al fallar un LED los otros 3 siguen en operación, ¿se acepta?
6	**A ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCOPICA**	PREGUNTA: E. 5. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una tasa de flujo para biopsia de 500 ml/min, con el fin de no someter los endoscopios a una sobrepresión en el canal de trabajo, se acepta?
7	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN**	PREGUNTA: E. 2. Debido a que la función de temporizador no es utilizada habitualmente, solicitamos a la convocante se considere como opcional para no limitar la participación, ¿se acepta?

Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA **E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCOPICA**	
8	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **F) VIDEOGASTROSCOPIO**	PREGUNTA: F.6 Para no limitar la participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar un diámetro de inserción de 9.8mm debido que se solicita zoom óptico para un endoscopio adulto por lo que el diámetro no puede ser menor considerando el canal de trabajo de 2.8mm, ¿se acepta?
9	**A ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **H) VIDEOCOLONOSCOPIO**	PREGUNTA: H.4. Debido a que el endoscopio solicitado cuenta con zoom óptico esta característica restringe el campo de visión y el canal de trabajo, por lo que solicitamos nos permita ofertar 140° y 3.2mm respectivamente para no limitar la participación. ¿Se acepta?
10	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.1 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar computadora tipo laptop ya que ocupa menos espacio en el carro, ¿se acepta?
11	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.6 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar formatos de imagen (JPEG y DICOM), ya que estos formatos son compatibles con sistemas de imágenes medicas como el PACS, ¿se acepta?

Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

12	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.7 Para no limitar la participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar únicamente formato MPEG-4, ya que este formato es mas común para visualizarlo en computadoras, ¿se acepta?
13	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.9 Entendemos que esta función puede ser opcional ya que el propósito principal del software es generar reportes médicos, ¿es correcta nuestra apreciación?
14	1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS SE AJUSTARÁ INVARIABLEMENTE AL MONTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE MEDIANTE OFICIO NÚMERO **DGAF/DF/SP/040/2022** DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO **3993 "SUBROGACIONES "**. **4.7.2. PROPUESTA ECONÓMICA. INDICA QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR LA PARTIDA ÚNICA** POR UN MONTO MINIMO DE $1,834,721.12 Y UN MAXIMO DE $18,347,211.48	PREGUNTA CONSIDERANDO QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTAMOS PARA EL SONDEO DE MERCADO SUPERA POR MAS DE 4 VECES DE LO AUTORIZADO PARA ADJUDICAR EN ESTE PROCEDIMIENTO. FAVOR DE CONFIRMAR QUE DESPUES DE QUE ESTE RECURSO ASIGNADO O AUTORIZADO SE TERMINE, SE CONTINUARA CON EL CONTRATO, UNA VEZ QUE SE HAYA AUTORIZADO MAS RECURSO FAVOR DE ACLRAR

Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. **EQUIPOS MÉDICOS** LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. EL LICITANTE SE COMPROMETE A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES AÑOS. PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, EN LA PROPUESTA TÉCNICA	PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE TODOS LOS EQUIPOS DEBERAN SER NUEVOS, POR LOS QUE YA SE TIENEN INSTALADOS ACTUALMENTE SE DEBERAN RETIRAR SI ELLOS TIENEN MAS DE 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD FAVOR DE CONFIRMAR

LICITANTE **DICIPA, S.A. DE C.V.**	JORGE VERA CALDERÓN REPRESENTANTE LEGAL DICIPA, S.A. DE C.V. Dicipa, S.A.de C.V RFC: DCP790511-D36 Edificio Metrópoli Patriotismo I Av. Patriotismo # 201, piso 8 Col. San Pedro de los Pinos, Benito Juárez C. P. 03800, Ciudad de Méxi Tel. (55) 5093 2000 Fax (55) 5093 20	**DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO**	
		CALLE Y NÚMERO	AV PATRIOTISMO NUM. 201 PISO 8
		COL., ALCALDÍA.	SAN PEDRO DE LOS PINOS
		C.P.	03800
		TELÉFONO(S)	555093 2000
		CORREO ELECTRÓNICO	jvera@dicipa.com.mx

comerlat

5.1. JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES

ANEXO 24
FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES

"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
1.	1.7. PROVEEDORES SALARIALMENTE RESPONSABLES Y PUNTO 4.5. INCISO H)	CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO II "DEL PADRÓN DE PROVEEDODORES" DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 24 DE MAYO DE 2017. ES CORRECTO ENTENDER POR PARTE DE TODOS LOS LICITANTES, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR "CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE Y A NOMBRE DEL LICITANTE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE POR LO QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA LA CONSTANCIA VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE. **¿ES CORRECTO?**
2.	2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN. 4.6 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO G)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA ES DE ORIGEN NACIONAL TAL Y COMO LO DEMUESTRA EN SU ACTA CONSTITUTIVA Y PRESENTA PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN SERVICIO Y NO DE UNA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CONTARÁN CON GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. **¿SE ACEPTA?**
3.	4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. INCISO E)	DEBEMOS ENTENDER QUE UNICAMENTE SERÁN RUBRICADAS LAS "COPIAS SIMPLES" SOLICITADAS EN BASES Y NO LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL. **¿ES CORRECTO?**
4.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	POR DOCUMENTO EN ORIGINAL SE ENTIENDE QUE PUEDE SER EL ELECTRÓNICO CON LA CADENA DIGITAL, DEBIDO A QUE MUCHA INFORMACIÓN SE GENERA MEDIANTE EL PORTAL ELECTRONICO DE DIVERSAS INSTITUCIONES. **¿ES CORRECTO?**
5.	4.7.1.5. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS DE PRESENTAR 3 CONTRATOS DONDE EL OBJETO SEA EL DE ESTA LICITACIÓN Y QUE NO EXCEDA UN PERIODO DEL 2019 AL 2021 Y SERÁN DE LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGIA TODA VEZ QUE EN EL ANEXO **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
6.	BASES EN GENERAL	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE UN ANEXO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, NOS PERMITA PRESENTAR DICHO ANEXO CON LA LEYENDA DE NO APLICA. **¿SE ACEPTA?**
7.	4.6. ESCRITOS Y MANFIESTOS EN ORIGINAL	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN QUE FORMATOS O ANEXOS DEBEN PRESENTAR AMBAS EMPRESAS. **FAVOR DE ACLARAR**
8.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO K)	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO, SOLO SE DEBE DE PRESENTAR LA RELACIÓN DE PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. **¿ES CORRECTO?**
9.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA NOTA ÚLTIMO PARRAFO	ENTENDEMOS QUE NO SERÁ IMPEDIMENTO SEGÚN ESTE INCISO QUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO SEA A TRAVÉS DE UNA EMPRESA QUE TIENE LA CONTRATACIÓN DE ESTE, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE PERTENECEN A UN MISMO GRUPO Y QUE LOS SOCIOS DE AMBAS SON LOS MISMOS, QUE CUENTAN CON UN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENTRE AMBAS Y PRESENTANDO TAMBIÉN EL CUMPLIMIENTO POSITIVO ANTE EL IMSS, INFONAVIT Y SAT DE AMBAS Y VE EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA. **¿SE ACEPTA?**
10.	4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON LAS NORMAS ENLISTADAS. **¿SE ACEPTA?**
11.	4.7.1.7. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN INGENIERO BIOMEDICO. **¿ES CORRECTO?**
12.	4.7.1.8. EXPERIENCIA TÉCNICOS	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN TÉCNICO. **¿ES CORRECTO?**
13.	4.7.1.9. EXPERIENCIA DE COORDINADORES DE TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN COORDINADOR DE CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES. **¿ES CORRECTO?**
14.	4.7.1.12. SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE GESTIÓN	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN TÉCNICO DE SOFTWARE. **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
15.	**4.7.1. INCISO H) EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO**	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO PERMITA PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA DEL SECTOR GOBIERNO Y/O DEL SECTOR PRIVADO OTORGADA A MI REPRESENTADA Y DONDE SE HAYA PRESTADO EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. **¿SE ACEPTA?**
16.	**4.7.1. INCISO I) EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS EN MÍNIMA INVASIÓN**	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS QUINCE TÉCNICOS ADEMAS DE UN SUPERVISOR DE LAPAROSCOPIA QUE PODRÁN SER ENTRE LICENCIADOS Y/O TÉCNICOS EN ENFERMERÍA. **¿ES CORRECTO?**
17.	4.5. INCISOS J Y K 4.6. INCISOS C Y H.	LOS ESCRITOS Y REFERENCIAS A QUE HACEN REFERENCIA EN ESTOS INCISOS SE DEBERÁ PRESENTAR POR CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN DE MANERA CONJUNTA QUE APORTEN PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. POR ENDE, NO LE APLICARÍA EL ÚLTIMO PARRAFO DEL NUMERAL 4.5. **¿ES CORRECTO?**
18.	4.5. INCISOS I	PARA EL CASO DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO SE ACEPTA ENTREGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DEL ARRENDADOR DEL INMUEBLE, TODA VEZ QUE ESTÁN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LOS SERVICIOS DE TELÉFONO Y LUZ. **¿ES CORRECTO?**
19.	4.7.1.5 4.7.1.7 4.7.1.8	EN LOS REFERIDOS NUMERALES HACEN REFERENCIAS A CONTRATOS, EXPERIENCIA DE INGENIEROS DE SERVICOIS Y TÉCNICOS POR CADA GRUPO TERAPEUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCPIA Y UROLOGÍA PEDIATRICA), SIN EMBARGO, EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y CON LOS QUE SE CUENTA DENTRO DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA ESTÁ INMERSO EL SERVICIO DE UROLOGÍA PEDIATRICA Y NO HAY UNO ESPECIFICO PARA ESA ESPECIALIDAD **FAVOR DE ACLARAR**
20.	ANEXO 20	<table><tr><td>MONTO MÍNIMO A EJERCER CON I.V.A. INCLUIDO $ 1,834,721.12 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 12/100 M.N.)</td><td>MONTO MÁXIMO A EJERCER CON I.V.A. INCLUIDO $ 18,347,211.48 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 48/100 M.N.)</td></tr></table> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE LAS SUBPARTIDAS 2 Y 3 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, YA QUE CON EL PRESUPUESTO SEÑALADO PARA EJERCER ÚNICAMENTE SE DA SUFICIENCIA A LA SUBPARTIDA 1, MISMA QUE A COSTOS DE LA LICITACIÓN ANTERIOR SE EJERCE MENSUALMENTE 3 MILLONES DE PESOS EN PROMEDIO, ES DECIR EN 8 MESES SE ESTARÍAN EJERCIENDO 24 MILLONES DE PESOS, RAZÓN POR LO CUAL NO ALCANZAN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS POR LA CONVOCANTE. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE NO HA LLEVADO A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA Y POR ENDE NO TIENE REFERENCIAS HISTÓRICAS Y ACTUALES DE LOS COSTOS REALES DEL MERCADO, Y DE ACUERDO AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS LA FACTURACIÓN PROMEDIO DE ESTE SERVICIO SERÍA DE 2.8. MILLONES DE PESOS MENSUALES, Y 80 MENSUALES DEL SERVICIO DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		POR ENDE LA SUMA DE TODOS LOS CONCEPTOS SUMARÍA ENTRE 50 Y 60 MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE, POR LO QUE EL PRESUPUESTO DE LA CONVOCANTE ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS 3 SUBPARTIDAS. SE ACEPTA LA CANCELACIÓN O DECLARCR DESIERTA LAS SUBPARTIDAS 2 Y 3 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL POR PRECIO NO CONVENIENTE. **¿SE ACEPTA?**
21.	DICE: INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. EQUIPOS MEDICOS. PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL DEBERA...	PREGUNTA: DEBIDO A QUE PARA EL SERVICIO SE PUEDE OFERTAR EQUIPO NUEVO Y ESTE NO HA SIDO ADQUIRIDO POR LO TAL AÚN NO SE CUENTAN CON EL CERTIFICADO DONDE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, Y SE TENDRÁ HASTA QUE EL EQUIPO SEA ADQUIRIDO. POR ESTO SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE DIGA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN CON FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
22.	DICE: INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN. Y 4.6. G.	PREGUNTA: EL ARTICULO 30 TRATA SOBRE "BIENES A ADQUIRIR" Y EN ESTE EVENTO SE ESTÁ LICITANDO UN "SERVICIO" POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y ACCESORIOS DE ORIGEN EXTRANJERO SIEMPRE QUE EL LICITANTE SEA DE ORIGEN NACIONAL. ESTO DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA EN ESTE SERVICIO ÚNICAMENTE ES CUMPLIDA POR MARCAS EXTRANJERAS LAS CUALES SON GOLD ESTÁNDAR EN EL MERCADO. **¿SE ACEPTA?**
23.	DICE: 4.1 MUESTRAS. NOTA: LAS MUESTRAS E LOS EQUIPOS Y BIENES PROPUESTOS DEBEN SER COMPATIBLES.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LA MUESTRA FÍSICA ÚNICAMENTE SE DEBERÁN PRESENTAR LOS INSUMOS DESCRITOS EN LA TABLA DE LA PÁGINA 12 DE 114 ITEM DEL 1 AL 20 Y DEL ANEXO 1.9 ASEGURANDO QUE ESTOS SERÁN COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS A OFERTAR. **¿ES CORRECTO?**
24.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO... U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO E LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR LOS CATÁLOGOS, MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO ÚNICAMENTE EN FORMATO DIGITAL USB CON EL FIN DE NO AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE CON IMPRESIONES QUE PUEDEN SER CONSULTADAS Y REVISADAS EN FORMATO DIGITAL, Y LAS FICHAS DE LOS EQUIPOS SE ENTREGUEN EN AMBOS MEDIOS **¿SE ACEPTA?**
25.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO DE LAS HOJAS UTILIZADAS PARA REALIZAR EL REFERENCIADO/MARCAJE DE LAS FICHAS/CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, SIEMPRE QUE SE ENTREGUEN LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. **¿SE ACEPTA?**
26.	DICE: 4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES. B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD:	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO APLICA ÚNICAMENTE PARA LOS INSUMOS A OFERTAR, **¿ES CORRECTO?**
27.	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA ÚNICAMENTE POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
28.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O FILIAL EN MÉXICO. **¿SE ACEPTA?**
29.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO EN ORIGINAL O COPIA COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGAR LA ORIGINAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EN LA FIRMA DEL CONTRATO. **¿SE ACEPTA?**
30.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. TODAS LAS CARTAS DE INSUMOS Y SOFTWARE DE APOYO DEBERÁN CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL.	PREGUNTA: ALGUNAS EMPRESAS NO CUENTAN CON SELLO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE REQUERIMIENTO NO SEA OBLIGATORIO SIEMPRE QUE SE ENTREGUE UNA CARTA MANIFESTANDO QUE NO CUENTAN CON SELLO PROPIO. **¿SE ACEPTA?**
31.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO... U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO E LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO	PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR MÚLTIPLES OPCIONES TECNOLÓGICAS A LOS USUARIOS Y ASÍ BRINDAR MÁS BENEFICIOS A LOS HOSPITALES QUE CONTARAN CON EL SERVICIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR HASTA 2 MARCAS DIFERENTES PARA LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL ANEXO 1.3, SIEMPRE QUE SE ASEGURE LA ENTREGA DE INSUMOS COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
32.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
33.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
34.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
35.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
36.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE 3 CHIPS POR 3CCD LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. **¿SE ACEPTA?**
37.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SALIDA DE SEÑAL 1080p, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. **¿SE ACEPTA?**
38.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
39.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ, EL CUAL ES FUNCIONAL AL RANGO QUE SOLICITAN **¿SE ACEPTA?**
40.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
41.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 4 GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN DE 4.5 A 5.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UNA GUÍA DE LUZ DE DIÁMETRO DE 4.25 MM DEL HAZ DE LUZ, YA QUE EL USO DE ESTA MEDIDA NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
42.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO COMO OPCIONAL, DEBIDO A QUE AL SER TECNOLOGÍA LED NO REQUIERE UN TIEMPO DE ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO, ADEMÁS DE QUE CUENTA CON REFRIGERACIÓN POR AIRE A PRESIÓN. **¿SE ACEPTA?**
43.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.5 CON SISTEMA DE ALARMA O INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA SE REFIERE A LOS INDICADORES DE PRESIÓN DE CAVIDAD, DE PRESIÓN AJUSTADA, DE ENCENDIDO, DE CAUDAL AJUSTADO/REAL, DE VOLUMEN. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
44.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE A LA INDICACIÓN DEL MODO DE EVACUACIÓN DE HUMO. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
45.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
46.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL PROCESADOR DE LA TORRE, YA QUE EL CABEZAL ENDOCÁMARA SE CONECTA A ESTE EQUIPO Y NO DIRECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. **¿SE ACEPTA?**
47.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	DEBIDO A QUE LA LUZ LED ES UNA TECNOLOGÍA QUE NO GENERA CALOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO NO SE DEBA DEMOSTRAR OBLIGATORIAMENTE YA QUE ES IMPLICITO QUE AL OFERTAR LUZ LED SE CUMPLE CON ESTE PUNTO. **¿SE ACEPTA?**
48.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 4. PANTALLA LCD TFC TÁCTIL A COLOR O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR. **¿SE ACEPTA?**
49.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR OXÍMETRO DE PULSO CON BATERÍA DE RESPALDO CON AL MENOS 8 HORAS DE DURACIÓN.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
	E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	**¿SE ACEPTA?**
50.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA BATERÍA DE RESPALDO CON TIEMPO DE CARGA DE DOS HORAS POR CADA HORA DE USO, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ADEMÁS, QUE NUESTROS TÉCNICOS ESTARÁN A CARGO DEL CUIDADO DEL EQUIPO EN TODO MOMENTO. **¿SE ACEPTA?**
51.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**
52.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA ENTENDEMOS QUE UNICAMENTE SE DEBERÁN REFERENCIAR Y ENTREGAR LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR LOS ACCESORIOS DEL PUNTO 4 PUES NO ES OBLIGATORIO OFERTAR UN EQUIPO CON ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**
53.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
54.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
55.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
56.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C- VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
57.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 1.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
58.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE 3 CHIPS POR 3CCD. **¿SE ACEPTA?**
59.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SALIDA DE SEÑAL 1080p, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
60.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
61.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 3.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
62.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 4 GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN DE 4.5 A 5.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UNA GUÍA DE LUZ DE DIÁMETRO DE 4.25 MM DEL HAZ DE LUZ, YA QUE EL USO DE ESTA MEDIDA NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
63.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO COMO OPCIONAL, DEBIDO A QUE AL SER TECNOLOGÍA LED NO REQUIERE UN TIEMPO DE ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO, ADEMÁS DE QUE CUENTA CON REFRIGERACIÓN POR AIRE A PRESIÓN. **¿SE ACEPTA?**
64.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 6.5 CON SISTEMA DE ALARMA O INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA SE REFIERE A LOS INDICADORES DE PRESIÓN DE CAVIDAD, DE PRESIÓN AJUSTADA, DE ENCENDIDO, DE CAUDAL AJUSTADO/REAL, DE VOLUMEN. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
65.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE A LA INDICACIÓN DEL MODO DE EVACUACIÓN DE HUMO. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
66.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA...	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
	6.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	
67.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 2.6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL PROCESADOR DE LA TORRE, YA QUE EL CABEZAL ENDOCÁMARA SE CONECTA A ESTE EQUIPO Y NO DIRECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. **¿SE ACEPTA?**
68.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA... 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	DEBIDO A QUE LA LUZ LED ES UNA TECNOLOGÍA QUE NO GENERA CALOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO NO SE DEBA DEMOSTRAR OBLIGATORIAMENTE YA QUE ES IMPLICITO QUE AL OFERTAR LUZ LED SE CUMPLE CON ESTE PUNTO. **¿SE ACEPTA?**
69.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA E) EQUIPO PARA LITOTRICIA LÁSER...	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES, ADEMÁS DE CONTAR CON UN NUMERO NO SIGNIFICANTE DE CIRUGIAS A USAR CON ESTE EQUIPO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LITOTRICIA NEUMATICO SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE **¿SE ACEPTA?**
70.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**
71.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA ENTENDEMOS QUE UNICAMENTE SE DEBERÁN REFERENCIAR Y ENTREGAR LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR LOS ACCESORIOS DEL PUNTO 4 PUES NO ES OBLIGATORIO OFERTAR UN EQUIPO CON ENERGIA BIPOLAR. **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
72.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 3. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS ULTRASÓNICOS QUE VIBRAN DESDE UNA FRECUENCIA 47 KHZ, CON ACTIVACIÓN MANUAL Y CON CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
73.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 3. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS ULTRASÓNICOS QUE VIBRAN DESDE UNA FRECUENCIA 47 KHZ, CON ACTIVACIÓN MANUAL Y CON CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
74.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL PRESENTE NUMERAL, LA CONVOCANTE NOS DA LIBERTAD DE OFRECER UN SOLO EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA, YA SEA DE ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA Y POR LO TANTO SÓLO OFERTAR EL INSTRUMENTAL COMPATIBLE PARA EL EQUIPO, OMITIENDO UNO DE LOS NUMERALES 3 Ó 4 DEL PRESENTE INCISO B). **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
75.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 4. CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENUNCIADO QUIERE DECIR: CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÁXIMA DE 120 WATTS. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
76.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 6. INDICADORES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL INDICADOR EN PANTALLA. **¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**
77.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL PRESENTE NUMERAL, LA CONVOCANTE NOS DA LIBERTAD DE OFRECER UN SOLO EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA, YA SEA DE ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA Y POR LO TANTO SÓLO OFERTAR EL INSTRUMENTAL COMPATIBLE PARA EL EQUIPO, OMITIENDO UNO DE LOS NUMERALES 3 Ó 4 DEL PRESENTE INCISO B). **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
78.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 4. CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENUNCIADO QUIERE DECIR: CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÁXIMA DE 120 WATTS. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
79.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 6. INDICADORES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL INDICADOR EN PANTALLA. **¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**
80.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA A) CARRO DE TRANSPORTE 3. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OMITIR REFERENCIAR LA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG YA QUE SE ENTIENDE QUE TODOS LOS CARROS QUE ESTAN DISEÑADOS PARA EL TRANSPORTE DE TORRES DE ENDOSCOPIA CUMPLEN CON ESTA CARACTERISTICA Y POR LO MISMO NO SE EXPRESA EN LOS MANUALES NI CATALOGOS DEL EQUIPO **¿SE ACEPTA?**
81.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA B) MONITOR. 4. RESOLUCIO´N MÍNIMA DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
82.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 10. CARRO PORTA EQUIPO, POR CADA EQUIPO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE OMITA YA QUE EN EL PUNTO 8 DE LA MISMA FICHA YA SE SOLICITA UN CARRO PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR EQUIPOS. **¿SE ACEPTA?**
83.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 10. CARRO PORTA EQUIPO, POR CADA EQUIPO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE OMITA YA QUE EN EL PUNTO 8 DE LA MISMA FICHA YA SE SOLICITA UN CARRO PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR EQUIPOS. **¿SE ACEPTA?**
84.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2. 6.8. CON FILTRO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A UN COMPONENTE DEL SISTEMA, **¿ES CORRECTO?**
85.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2. 6.8. CON FILTRO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A UN COMPONENTE DEL SISTEMA, **¿ES CORRECTO?**
86.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 2. ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLES CON RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO,C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
87.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 2. ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLES CON RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO,C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. **¿SE ACEPTA?**
88.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 4. RESOLUCION MINIMA DE 1920 X1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
89.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 5. COMPATIBLE CON TODOS LOS EQUIPOS OFERTADOS	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN QUE TODOS LOS EQUIPOS SON DE LA MISMA MARCA Y COMPATIBLES ENTRE ELLOS. **¿SE ACEPTA?**
90.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA 6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
91.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA A) CARRO DE TRANSPORTE 3. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ENTREPAÑOS SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE SERÁ FUNCIONAL CON LA TORRE A OTORGAR. **¿SE ACEPTA?**
92.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA A) CARRO DE TRANSPORTE 3. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ENTREPAÑOS SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE SERÁ FUNCIONAL CON LA TORRE A OTORGAR. **¿SE ACEPTA?**
93.	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS:	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE POR "EQUIPO MEDICO" SE REFIERE A TODOS AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO **¿ES CORRECTO?**
94.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. A. PARA LOS INSUMOS	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE UNICAMENTE SE REQUIERE PARA LOS INSUMOS OFERTADOS, ASÍ COMO PARA EL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. **¿ES CORRECTO?**
95.	DICE: ANEXO 1.11 RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN ESTA LISTA UNICAMENTE SE DEBERÁN RELACIONAR LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS PARA SU USO Y NO EL MOBILIARIO Y OTROS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA NO LO REQUIERAN. **¿ES CORRECTO?**
96.	DICE: DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA J) SISTEMA DE GNERACIÓN DE REPORTE... 20. PUERTO RED	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUÉ SE REFIERE CON ESTA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA, **FAVOR DE ACLARAR.**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
97.	DICE: DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA J) SISTEMA DE GNERACIÓN DE REPORTE...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUÉ SE REFIERE CON EXPORTACIÓN A RED. **FAVOR DE ACLARAR.**
98.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA E) EQUIPO PARA LITOTRICIA LÁSER...	PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y SEGÚN EL NUMERO DE CIRUGIAS QUE SE PRETENDER REALIZAR SEGÚN LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN LAS PRESENTES BASES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR EQUIPO LITOTRIPTOR NEUMATICO RODABLE, INVASIVO PARA LA FRAGMENTACIÓN DE LOS CALCULOS EN VEJIGA, URÉTER Y RIÑON. **¿SE ACEPTA?**
99.	DICE: DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA C)PROCESADOR DE IMÁGENES 4. PIN P (PICTURE IN PICTURE)	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL PROCESADOR. **¿SE ACEPTA?**
100.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA G) CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 7.5 FR CANAL RECTO...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CISTOSCOPIO SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN REQUERIDA. **¿SE ACEPTA?**
101.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROGOLIA PEDIATRICA F) URETEROSCOPIO FLEXIBLE PEDIÁTRICO, ...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR URETEROSCOPIO SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN REQUERIDA. **¿SE ACEPTA?**
102.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTA PARTIDA AL NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO PARA SU USO BASTARA CON PRESENTAR CATALOGOS/MANUALES PARA COMPROBAR SU FUNCIONES Y CARACTERISTICAS PARA LA PROPUESTA **¿ES CORRECTO?**
103.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR REPROCESADORA AUTOMÁTICA SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE CUMPLA LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. **¿SE ACEPTA?**
104.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA DEL SERVICIO INTEGRAL, SOLICITAMOS QUE ESTE EQUIPO PUEDA SER OFERTADO DE MANERA OPCIONAL, ESTO ADEMÁS DE QUE EL PERSONAL TECNICO A CARGO DE BRINDAR EL SERVICIO SE OCUPARA DEL REPROCESAMIENTO DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO. **¿SE ACEPTA?**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
105.	DICE: ANEXO 19.1.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LOS EQUIPOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO EN LAS CASILLAS DE LA TABLA MARCADAS COMO "REGISTRO SANITARIO VIGENCIA, CERTIFICADO DE CALIDAD. VIGENCIA" SE PODRÁ PONER "NO APLICA" **¿ES CORRECTO?**
106.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA J) EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA 9. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA EL FLUJO DE GAS ARGÓN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPLAY DE LA INFORMACIÓN SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. **¿SE ACEPTA?**
107.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA J) EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA ACCESORIOS PARA EQUIPO 2. CÁNULA ENDOSCÓPICA DE APLICACIÓN DE ARGÍON DE LONGITUD PARA COLONOSCOPIA.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE LA MEDIDA DE CÁNUCA REQUERIDA. **FAVOR DE ACLARAR.**
108.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 2. LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 12V, 35W	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE OFERTAR LUZ LED ESTE PUNTO SE OFERTE DE MANERA OPCIONAL. **¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**
109.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 2. LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 12V, 35W	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE EMERGENCIA SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE YA QUE ESTE ESTA DESTINADA A SER UTILIZADA UNICAMENTE EN CASOS IMPREVISTOS Y NO EN PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, POR LO QUE NO TIENE IMPACTO EN LA CALIDAD Y ATENCIÓN BRINDADA AL PACIENTE. **¿SE ACEPTA?**
110.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 10. VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA MÍNIMO 6 AÑOS	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFRECER UNA LÁMPARA CON VIDA ÚTIL DE 500 HORAS DE USO CONTINUO COMO MÍNIMO, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO, ADEMÁS EN CASO DE QUE SE NECESITE REMPLAZAR LA LÁMPARA ESTO CORRE A CUENTA DEL LICITANTE ADJUDICADO Y NO REPRESENTARA CARGO ALGUNO A LA INSTITUCIÓN. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
111.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA C)PROCESADOR DE IMÁGENES 15. CON CROMOENDOSCOPIA DIGITAL DE IMAGEN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO SEGÚN NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, **¿SE ACEPTA?**
112.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA C)PROCESADOR DE IMÁGENES 16. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120. 50/60HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. **¿SE ACEPTA?**
113.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 1. FUENTE DE LUZ DE XENON 300 WATTS COMO MÍNIMO O LUZ LED DE 1300 l.M	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER FUENTE DE LUZ LED DE HASTA 5,64 W (EQUIVALENTE A UNA FUENTE DE LUZ XENÓN 300 W), YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
114.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCÓPICA 4. TASA DE FLUJO DE 0 A 500 ML/MIN COMO MINIMO 5. TASA DE FLUJO PARA BIOPSIA 0-600MI/MIN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCÓPICA SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN CLINICA PARA LA QUE FUE DISEÑADA EL EQUIPO. **¿SE ACEPTA?**
115.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA F) VIDEOGASTROSCOPIO 5. PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN DE 2MM A 100MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO CON PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 5-100MM. **¿SE ACEPTA?**
116.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA F) VIDEOGASTROSCOPIO 6. DIÁMETRO ESTERIOR DEL TUBO DE INSERCION DE 9.0 A 9.3 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCION DE 9.9 MM. **¿SE ACEPTA?**

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
117.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE CAMARA CMOS DE 1/3 LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. **¿SE ACEPTA?**
118.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA G) VIDEODUODENOSCOPIO 1. CANAL DE TRABAJO CON UN DIÁMETRO DE 4,2 MM O MAYOR	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL DIÁMETRO INTERIOR DEL CANAL. **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
119.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA H) VIDEOCOLONOSCOPIO 9. PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 2MM A 100 MM Y CERCA DE 2 A 6 MM COMO MÍNIMO	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO CON PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 5-100MM DE CERCA DE 2-6 MM COMO MÍNIMO. **¿SE ACEPTA?**
120.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS NO REPRESENTAN RIESGO ALGUNO PARA LOS PACIENTES NI TIENEN CONTACTO CON ELLOS, ADEMÁS DE NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO PARA SU USO Y QUE SERÁN UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA DEL INTEGRADOR ADJUDICADO PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR UNICAMENTE LOS MANUALES Y CATALGOS DE LAS REPROCESADORAS A UTILIZAR EN EL SERVICIO, **¿SE ACEPTA?**
121.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNA ESPECIFICACIÓN TECNICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE NO SE EXPRESE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE PERMITAN REFERENCIAR IMÁGENES, DIAGRAMAS O PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE EXPRESE QUE LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. **¿SE ACEPTA?**
122.	2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN	**DICE:** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN 1, 33 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES **PARA EL DISTRITO FEDERAL** Y 53 DE SU REGLAMENTO. POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER NACIONAL. LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR AL MENOS CON UN **50% (CINCUENTA POR CIENTO)** DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS CON ORIGEN DE OTROS PAISES QUE ESTEN BAJO TRATADOS ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. **¿SE ACEPTA?**
123.	4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA	**DICE**: LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENCIADOS DEL SERVICIO INTEGRAL QUE OFERTEN, DEBERÁN SER ORIGINALES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR RUBRICADOS POR QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA E IDENTIFICADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA. LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO LO

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		SON CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. DEBIDO A QUE MUCHOS MANUALES O CATALOGOS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS PUEDEN CONTENER HASTA ARRIBA DE 400 HOJAS, SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LA CARATULA, Y LA O LAS PAGINAS DODE SE DESCRIBAN LAS CARACTERISITICAS OFERTADAS **¿SE ACEPTA?**
124.	4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.1	**DICE:** PARA FINES DE REFERENCIACIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL Y/ O INGLÉS CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNOS DOCUMENTOS O CATÁLOGOS SOLICITADOS SE ENCUENTREN EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, NOS PERMITA PRSENTAR TRADUCCION SIMPLE UNICAMENTE DE LOS PARRAFOS EN DONDE SE HAGA REFERANCIA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS **¿SE ACEPTA?**
125.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS	**DICE:** SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DE LA FABRICANTE ACTUALIZADA DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE. DERIVADO QUE SE OFERTARAN EQUIPOS NUEVOS DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LA INFORMACION SOLICITADA **¿SE ACEPTA?**
126.	4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	**DICE:** EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL CARTA DE APOYO SOLIDARIO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, (CON FECHA DEL MES Y DEL AÑO DE LA LICITACIÓN) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS INSUMOS Y SOFTWARE OFERTADO, GARANTIZANDO EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIÓN QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LAS PARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DE LAS MISMAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DEL APOYO SOLIDARIO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO **¿SE ACEPTA?**
127.	4.7.1.4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	**DICE:** TODAS LAS CARTAS DE INSUMOS Y SOFTWARE DE APOYO DEBERÁN CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL DERIVADO QUE NO TODOS LOS FABRICANTES O TITULARES DE REGISTRO SANITARIO MANEJAN SELLO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA QUE SE ACEPTE LA CARTA CON MEMBRETE Y CON LA FIRMA **¿SE ACEPTA?**
128.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	SETS DE INSTRUMENTAL DICE: TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM. ENTENDEMOS QUE ESTE MISMO PUNTO ES EL QUE SOLICITAN EN LA FICHA TECNICA DE INSUMOS1.3.8 "MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN" Y QUE NO DEBEREMOS OFERTARLO DOBLE, YA QUE ESTO GENERARIA UN MAYOR GASTO PARA LA CONVOCANTE, **ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
129.	1.3.5FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	**DICE: TIJERA DE GANCHO 5MM X36CM.** **SOLICITAMOS A LA LICITANTE:** NOS PERMITA NO INCLUIR ESTE INSTRUMENTAL, YA QUE SE OFERTA ESTA MISMA CON LA DESCRIPCIÓN DE "TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE." LO CUAL GENERA SE DUPLIQUE Y GENERA UN COSTO EXTRA AL PROCEDIMIENTO. **¿SE ACEPTA?**
130.	1.3.7FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA	**DICE:** CUATRO VAINAS TROCAR CON VÁLVULA MAGNÉTICA DE BOLA, TUBO DE PLÁSTICO CON ROSCA, DIÁMETRO INTERIOR DE 3.5 MM, LONGITUD ÚTIL DE 100MM, REUTILIZABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "VAINA TROCAR 3.5/110 MM. LISO CON GRIFO" **¿SE ACETA?**
131.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA	**DICE**: CUATRO TROCAR, PUNTA CÓNICA ROMA, LONGITUD ÚTIL DE 100 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PUNZÓN TROCAR CÓNICO-EMBOTADO 3.5/110 MM." **¿SE ACEPTA?**
132.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA	**DICE: PLACAS Y CABLES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO** ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE PODRAN OFERTAR PLACAS DESECHABLES YA QUE SE ECUENTRA EN LA FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL **ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN**
133.	1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	**DICE:** PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PLACA DE ELECTROCAUTERIO PARA PACIENTE DIVIDIDA 110 CM. CUADRADOS" **¿SE ACEPTA?**
134.	1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	**DICE**: LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN, ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS SOLICITAN SOLO LA PLACA O EL LAPIZ, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS ACLARE SI EN TODOS LOS PROCEDIMIENTO NECESITARAN LA PLACA Y EL LAPIZ **FAVOR DE ACLARAR**
135.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA 1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO. 2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM. DESMONTABLE. **DICE:** DEBIDO A QUE HAY DOS PRODUCTOS EN UN MISMO PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER MODIFCAR, YA QUE ESTO HACE QUE EL NUMERAL DE LO SOLICITADO INCREMENTE Y SE PUEDA OFERTAR CON MAYO CLARIDAD EJEMPLO:

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		2. PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 3. TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE **¿SE ACEPTA?**
136.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 5 MM, YA QUE ES LA MEDIDA ESTANDAR PARA EL INSTRUMENTAL QUE SE ESTA REQUIRIENDO. **¿SE ACEPTA?**
137.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON TUBO DE 5MM DESECHABLE. **¿SE ACEPTA?**
138.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 4.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EN EL NUMERAL 14, SI SE REFIERE A UN RETRACTOR EN ABANICO O UNA PINZA BABCOCK, YA QUE SE ESTAN OFERTANDO LAS MISMAS EN NUMERALES ANTERIORES DEL MISMO PROCEDIMIENTO. **¿SE ACEPTA?**
139.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 4.	EN EL NUMERAL 15, LA CONVOCANTE REQUIERE UN PORTAAGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO DE 5MM Y 36 CM, **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
140.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	NUMERAL 25, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA DE AGARRE Y DISECCION DE 5MM. **¿SE ACEPTA?**
141.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA 1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	DEBIDO A QUE CADA FABRICANTE MANEJA DIFERENTE NOMENCLATURA PARA LA DECRIPCION DE UN PRODUCTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR DE ACUERDO A LA DECRIPCION DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS CLINICAS Y FUNCIONALES SOLICITADAS **¿SE ACEPTA?**
142.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL UROLOGIA PEDIATRICA 1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA ACEPTAR UNA TOLORENCIA DE +/- 10% EN LAS MEDIDAS DEL INTRUMENTAL E INSUMOS ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN **¿SE ACEPTA?**
143.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: PINZAS CAIMAN GUIAS HIDROFILICAS 0.0018MM NUMERAL 25, SE ENTIENDE QUE SON DOS PRODUCTOS QUE REQUIEREN PARA ESTE PUNTO UNA PINZA Y UNA GUIA, **¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
144.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: PINZAS CAIMAN GUIAS HIDROFILICAS 0.0018MM NUMERAL 25, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA DE AGARRE Y DISECCION DE 5MM. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
145.	1.3.9 FICHA TECNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: UN EQUIPO HEMOSPRAY EN RELACIÓN A LA FICHA TÉCNICA 1.3.9 INSUMOS PARA ENDOSCOPIA PÁGINA 70 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA EN SU NUMERAL 2, LA CONVOCANTE SOLICITA EQUIPO "HEMOSPRAY". DERIVADO DE LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS, SE SOLICITA QUE SE PUEDA OFRECER EQUIPO MARCA "ENDOCLOT", EL CUAL FUNGE DE MANERA ANÁLOGA AL "HEMOSPRAY" CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN TÉCNICA "SISTEMA DE APLICACIÓN EN POLVO QUE SE UTILIZA COMO AGENTE HEMOSTÁTICO AUXILIAR PARA CONTROLAR LAS HEMORRAGIAS EN CAPILARES, VENAS O ARTERIOLAS EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR E INFERIOR" RESPECTO AL CUAL SE CUENTAN CON DIVERSOS ESTUDIOS CLÍNICOS QUE ARROJAN QUE NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA UTILIZACIÓN DE "HEMOSPRAY" Y "ENDOCLOT" LOS CUALES PODRÁN ENCONTRARSE EN LOS SIGUIENTES LINKS. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6452236/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30983819/ **¿SE ACEPTA?**
146.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS	**DICE:** SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DE LA FABRICANTE ACTUALIZADA DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE. DERIVADO QUE SE OFERTARAN EQUIPOS NUEVOS DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRSENTAREMOS LA INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICON ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS **¿SE ACEPTA?**
147.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DEL INSTRUMENTAL	DICE: DEL INSTRUMENTAL: SE COMPROMETE A INSTALAR INSTRUMENTAL NUEVO O FUNCIONALMENTE NUEVO, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA Y MODELO. DERIVADO QUE SE OFERTARA INSTRUMENTAL NUEVO O DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS QUE. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRSENTAREMOS LA INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICION ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS **¿SE ACEPTA?**
148.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS	**DICE:** SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DE LA FABRICANTE ACTUALIZADA DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.3.1 FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES COMO FECHA DE FABRICACION MAXIMO 5 AÑOS GARANTIZANDO EL CAMBIO DEL EQUIPO EN CASO DE FALLA, ESTO CON EL FIN DE NO ENCARECER EL SERVICO DERIVADO DE LA DURACION DEL CONTRATO **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
149.	2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS MÉDICOS	Debido a que para el servicio se puede ofertar equipo nuevo y este no ha sido adquirido por lo tal, aún no se cuenta con el *CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO*, mismo que se obtendrá una vez que el equipo sea adquirido. Por tal motivo se solicita a la convocante se permita presentar en la propuesta técnica una carta bajo protesta de decir verdad en la que el participante se comprometa a presentar los certificados anteriormente mencionados en caso de resultar adjudicados. **¿Se acepta?**
150.	2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN. Y 4.6. G.	El articulo 30 trata sobre "bienes a adquirir" y en este evento se está licitando un "Servicio" por lo cual solicitamos a la convocante se permita ofertar equipo, instrumental, insumos y accesorios de origen extranjero siempre que el licitante sea de origen nacional. Esto debido a que la tecnología solicitada en este servicio únicamente es cumplida por marcas extranjeras las cuales son gold estándar en el mercado. **¿Se acepta?**
151.	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD I. REGISTRO SANITARIO	Se solicita a la convocante presentar únicamente el anverso de los registros sanitarios, ya que el reverso no contiene información **¿Se acepta?**
152.	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD I. REGISTRO SANITARIO	Se solicita a la convocante omitir la presentación del comprobante de derechos del sometimiento a prórroga del registro sanitario, ya que el acuse de recibo del trámite que se presentará únicamente es emitido si se ha realizado el pago correspondiente **¿Se acepta?**
153.	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD II. NO REQUISITO DE REGISTRO SANITARIO	Se solicita a la convocante que la descripción en el acuerdo el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2014 del bien coincida respecto a la intención de uso, no siendo necesario que corresponda justa, exacta y cabalmente **¿Se acepta?**
154.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS:	Se solicita a la convocante realizar las pruebas de funcionamiento bajo condiciones barométricas en la ciudad de México, al momento de la instalación y puesta en marcha del equipo, una vez adjudicados o en su caso que sean omitidas, ya que las condiciones barométricas de la Ciudad de México no se consideran extremas. **¿Se acepta?**

		DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	
COMERLAT, S.A. DE C.V. LICITANTE	**VÍCTOR HUGO AVIÑA VALLE** NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	CALLE Y NÚMERO	**AV. PASEO DE LA REFORMA #2620 PH4 PLANTA ALTA**
		COL., ALCALDÍA.	**LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO**
		C.P.	**11950**
		TELÉFONO(S)	**55 5575 8165**
		CORREO ELECTRÓNICO	ventas.gobierno@co-merlat.com

HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.
MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CORPORATIVO CALMECAC
ISO 9001:2015
CERTIFICATE
No. 20-10904-413

ANEXO 24

FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
1	Anexo 1.3 1.3.4 Ficha Técnica de Reprocesadora (pag. 60) Numeral 1.	En relación a la ficha técnica de la reprocesadora, le solicitamos a la convocante nos acepte equipo para el reprocesamiento de 1 endoscopio, mejorando los tiempos del proceso de hasta un 40% de forma significativa.
2	Anexo 1.3 1.3.4 Ficha Técnica de Reprocesadora (pag. 60) Numeral 3.	Le solicitamos a la convocante nos pueda aclarar la diferencia entre "panel de control" y "pantalla", ya que el equipo que deseamos ofertar cuenta con pantalla táctil, en la cual se puede hacer el control del reprocesamiento del endoscopio, a través de un sub menú.
3	Anexo 1.3 1.3.4 Ficha Técnica de Reprocesadora (pag. 60) Numeral 6.	Le solicitamos a la convocante, considere que algunos desinfectantes de alto nivel, como es el caso del Ortoftaldehido al 55% no requieren aumento de temperatura, ya que no necesita activación para realizar el proceso de desinfección de manera óptima, el cual se monitoriza con las tiras para la lectura de la concentración mínima efectiva.

LICITANTE:	**HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.** **FERNANDO AMADOR CALDERON,** **REPRESENTANTE LEGAL.**	**DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO**	
		CALLE Y NÚMERO	PUENTE DE PIEDRA N° 65
		COL., ALCALDÍA.	TORIELLO GUERRA, TLALPAN
		C.P.	14050
		TELÉFONO(S)	55 5171-2820 AL 23
		CORREO ELECTRÓNICO	fernando.amador@hitecmedical.mx

HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.
MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CORPORATIVO CALMECAC
ISO 9001:2015
CERTIFICATE
No. 20-10904-412

ANEXO 24

FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
2	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) 1.2	1.2 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200. Resolución de 1920X1080. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la resolución FULL HD de alta calidad que equivale a 1920x1080, ¿se acepta?
3	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) 1.3	1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si en el punto 1.1.2 con C-VIDEO se refiere a Video Compuesto, ¿es correcta nuestra apreciación?
4	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) 1.4	1.4 CON OPCIÓN A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A ESPECIALIDAD MÉDICA. Solicitamos amablemente a la convocante considere el punto 1.1.4 como opcional ya que nuestra tecnología no requiere ajustes de temperatura de color en el monitor para cada especialidad, siendo esta característica propia de otra casa comercial, esto sin ser limitante para los participantes y favoreciendo la libre participación en el procedimiento. ¿Se acepta?

LICITANTE:	**HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.** **FERNANDO AMADOR CALDERON,** **REPRESENTANTE LEGAL.**	**DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO**	
		CALLE Y NÚMERO	PUENTE DE PIEDRA N° 65
		COL., ALCALDÍA.	TORIELLO GUERRA, TLALPAN
		C.P.	14050
		TELÉFONO(S)	55 5171-2820 AL 23
		CORREO ELECTRÓNICO	fernando.amador@hitecmedical.mx

HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.
MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CORPORATIVO CALMECAC
ISO 9001:2015
CERTIFICATE
No. 20-10904-412

ANEXO 24

FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
5	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 2	2. ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS. Cabezal de cámara de 1 chip CMOS. **COD.TH110** Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un cabezal de cámara de 1 CHIP CMOS, ya que el chip CMOS representa una mejora tecnológica sobre los chips CCD, por lo que ya no es necesario que sean 3 para obtener una mejor calidad de imagen, ¿se acepta?
6	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 2 2.1	2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD. Resolución de 1920X1080. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la resolución FULL HD que equivale a 1920x1080, ¿se acepta?
7	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 2 2.5	2.5 CON BOTÓN PARA ZOOM ÓPTICO. Con botón para control de zoom. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si en el punto 1.2.5 se refiere a control del zoom desde el cabezal de cámara, ¿es correcta nuestra apreciación?

LICITANTE:	**HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.** **FERNANDO AMADOR CALDERON, REPRESENTANTE LEGAL.**	**DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO**	
		CALLE Y NÚMERO	PUENTE DE PIEDRA N° 65
		COL., ALCALDÍA.	TORIELLO GUERRA, TLALPAN
		C.P.	14050
		TELÉFONO(S)	55 5171-2820 AL 23
		CORREO ELECTRÓNICO	fernando.amador@hitecmedical.mx

HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.
MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CORPORATIVO CALMECAC ISO 9001:2015 CERTIFICATE No. 20-10904-412

ANEXO 24

FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
8	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 3 3.2	3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO. Con 2 salidas de video DVI. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 2 salidas digitales DVI, ¿se acepta?
9	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 3 3.3	3.3 CON PRE-CONFIGURACIONES DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS Sistema interdisciplinario para las especialidades laparoscopía, urología, ginecología, artroscopía, ORL y gastroenterología. Solicitamos amablemente a la convocante permita que el punto 3.3.3 sea opcional ya que se refiere a una característica específica de otra casa comercial y nuestra tecnología ofrece un sistema de uso interdisciplinario para cirugía laparoscópica, urología, ginecología, artroscopía, ORL y gastroenterología, esto sin ser limitante para los participantes y favoreciendo la libre participación en el procedimiento. ¿Se acepta?
10	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso D) PUNTO 1	1. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. Aparato de alta frecuencia previsto para generar potencia eléctrica a fin de realizar cortes y coagulaciones unipolares y bipolares durante intervenciones quirúrgicas en tejidos. **COD.UH400U, UF902** Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar el punto 1 como: "Aparato de AF previsto para generar potencia eléctrica a fin de realizar cortes y coagulaciones unipolares y bipolares durante intervenciones quirúrgicas en tejidos", ¿se acepta?

		DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	
LICITANTE:	**HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.** **FERNANDO AMADOR CALDERON,** **REPRESENTANTE LEGAL.**	**CALLE Y NÚMERO**	PUENTE DE PIEDRA N° 65
		COL., ALCALDÍA.	TORIELLO GUERRA, TLALPAN
		C.P.	14050
		TELÉFONO(S)	55 5171-2820 AL 23
		CORREO ELECTRÓNICO	fernando.amador@hitecmedical.mx

ANEXO 24

FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
11	Anexo 1.3 1.3.3 EQUIPO MEDICO PARA UROLOGIA PEDIUATRICA INCISO A) PUNTO 1.2 , 1.2 , 1.3 Y 1.4	**1.1** CON PANTALLA LED DE MAYOR O IGUALA A 24". Con pantalla LCD de 27" con retroiluminación LED. **1.2** RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200. Resolución de 1920X1080. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la resolución FULL HD de alta calidad que equivale a 1920x1080, ¿se acepta? **1.3** CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si en el punto 1.1.2 con C-VIDEO se refiere a Video Compuesto, ¿es correcta nuestra apreciación? **1.4** CON OPCIÓN A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A ESPECIALIDAD MÉDICA. Solicitamos amablemente a la convocante considere el punto 1.1.4 como opcional ya que nuestra tecnología no requiere ajustes de temperatura de color en el monitor para cada especialidad, siendo esta característica propia de otra casa comercial, esto sin ser limitante para los participantes y favoreciendo la libre participación en el procedimiento. ¿Se acepta?
12	Anexo 1.3 1.3.3 ENDOCAMARA O CABEZAL DE CAMARA HD DE3 TRES CHIPS INCISO A) PUNTO 2. 2.1, 2.2, 2.3 2.4 2.5	2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS. Cabezal de cámara de 1 chip CMOS. **COD.TH110** Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un cabezal de cámara de 1 CHIP CMOS, ya que el chip CMOS representa una mejora tecnológica sobre los chips CCD, por lo que ya no es necesario que sean 3 para obtener una mejor calidad de imagen, ¿se acepta? **2.1** SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD. Resolución de 1920X1080. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la resolución FULL HD que equivale a 1920x1080, ¿se acepta? **2.2** CON BOTÓN PARA CONTROL DE BALANCE DE BLANCOS. **2.3** CON FUNCIÓN DE GRABACIÓN DE VIDEO. **2.4** CON FUNCIÓN DE CAPTURA DE IMÁGENES. **2.5** CON BOTÓN PARA ZOOM ÓPTICO. Con botón para control de zoom. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si en el punto 1.2.5 se refiere a control del zoom desde el cabezal de cámara, ¿es correcta nuestra apreciación?

13	Anexo 1.3 1.3.3 PROCESADOR DE VIDEO UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA PUNTO 3 3.1 .3.1, 3.2 Y 3.3.	.3.1 CON BALANCE DE BLANCOS. 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO. Con 2 salidas de video DVI. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 2 salidas digitales DVI, ¿se acepta? 3.3 CON PRE-CONFIGURACIONES DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS Sistema interdisciplinario para las especialidades laparoscopía, urología, ginecología, artroscopía, ORL y gastroenterología. Solicitamos amablemente a la convocante permita que el punto 3.3.3 sea opcional ya que se refiere a una característica específica de otra casa comercial y nuestra tecnología ofrece un sistema de uso interdisciplinario para cirugía laparoscópica, urología, ginecología, artroscopía, ORL y gastroenterología, esto sin ser limitante para los participantes y favoreciendo la libre participación en el procedimiento. ¿Se acepta?
14	Anexo 1.3 1.3.3 INCISO D) PUNTO 1	**1.** UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. Aparato de alta frecuencia previsto para generar potencia eléctrica a fin de realizar cortes y coagulaciones unipolares y bipolares durante intervenciones quirúrgicas en tejidos. **COD.UH400U, UF902** Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar el punto 1 como: "Aparato de AF previsto para generar potencia eléctrica a fin de realizar cortes y coagulaciones unipolares y bipolares durante intervenciones quirúrgicas en tejidos", ¿se acepta?
15	Anexo 1.3 1.3.3INCISO F) PUNTO 1	1. SISTEMA ÓPTICO 5°, ESCALONADO 4.5/6.5 CHARR. 6°, 7.3-8 Charr Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sistema óptico 6°, escalonado 7.3-8 Charr. ¿Se acepta?
16	Anexo 1.3 INCISO F) PUNTO 5	5. PARA INSTRUMENTOS DE 4 CHARR. 3 CHARR Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar canal de trabajo de 3 Charr. ¿Se acepta?
17	Anexo 1.3 INCISO F) PUNTO 7	7. LONG. UTIL DE 430 MM. 250mm Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar longitud útil de 25cm. ¿Se acepta?
18	Anexo 1.3 INCISO G) PUNTO 1	1. SISTEMA ÓPTICO RIGIDO DE 7.5FR. 7 Charr Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar cistoscopio pediátrico de 7 Fr. ¿Se acepta?

LICITANTE:	**HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.** **FERNANDO AMADOR CALDERON, REPRESENTANTE LEGAL.**	**DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO**	
		CALLE Y NÚMERO	PUENTE DE PIEDRA N° 65
		COL., ALCALDÍA.	TORIELLO GUERRA, TLALPAN
		C.P.	14050
		TELÉFONO(S)	55 5171-2820 AL 23
		CORREO ELECTRÓNICO	fernando.amador@hitecmedical.mx

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **19** DE **ABRIL** DE **2022,** EN LA **SALA DE LICITACIONES** DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 43** DE LA **LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL** Y LA **FRACCIÓN I** DEL **ARTÍCULO 41** DE SU **REGLAMENTO**, EL **LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ,** SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y EL **C. ADOLFO ALONSO BONEQUI,** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIENES PRESIDEN ESTE ACTO, PROCEDEN A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"** HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: ----------

---

----------**HECHOS**----------

I. POR PARTE DE **LA CONVOCANTE** SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES **SERVIDORES PÚBLICOS**: ----------

---

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ** SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
	C. ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCAS	**DRA. JESSICA ALEJANDRA SANCHÉZ** REPRESENTANTE
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	**MTRA. MARÍA TERESA NOHEMÍ BUENDÍA ELIZALDE** REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	**ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ** SUBDIRECTORA DE TECNOLOGIA E INSUMOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTATIVA Y CONTROL INTERNO "B"
	LIC. NALLELY MORALES ROSAS AUDITOR

DE CONFORMIDAD CON EL **REGISTRO DE ASISTENCIA** DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES **LOS LICITANTES:**-------

---

EMPRESA	REPRESENTANTE
HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	**FERNANDO AMADOR CALDERÓN**
DICIPA, S.A. DE C.V.	**JORGE VERA CALDERÓN**
BIODIST, S.A. DE C.V.	**NO ASISTIÓ**
COMERLAT, S.A. DE C.V.	**JAVIER BENITEZ CUELLAR**
ADMINISTRADORA DE EQUIPO MÉDICO, S.A DE C.V.	**NO ASISTIÓ**

II. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES QUE POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE DEL SERVICIO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE HACEN LAS SIGUIENTES PRESICIONES AL PLANTEAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LA CUALES SE AGREGAN A LA PRESENTA ACTA COMO ANEXO 1.: ----------

---

III. POR LO ANTERIOR, DERIVADO DE LAS PRESICIONES GENERALES AL PLANTAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE FUERON REALIZADAS POR EL ÁREA QUE SOLICITA LOS SERVICIOS A LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE CONVOCA A UNA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DÍA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS LICITANTES TENGAN EL TIEMPO SUFICIENTE PARA REPLANTEAR Y FORMULAR SUS PREGUNTAS CONFORME A LAS PRECISIONES REALIZADAS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE LES SOLITA SE HAGAN LLEGAR 48 HORAS PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

ESTAS BASES, SUS PREGUNTAS A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: jcarlos.trejo@salud.cdmx.gob.mx y adolfo.alonso@salud.cdmx.gob.mx, MEDIANTE EL FORMATO ESTABLECIDO EN LAS BASES, MISMO QUE DEBERA DE FORMALIZAR ENTREGANDOLO AL MOMENTO DE INICIAR EL EVENTO.----------

IV. FINALMENTE, EL ÁREA QUE SOLICITA EL SERVICIO REFIERE QUE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS QUEDARÁN ASENTADOS EN EL NUEVO ANEXO TÉCNICO EL CUAL FORMARA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y CON LA FINALIDAD DE FACILITAR A LOS LICITANTES LAS PRECISIONES DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, SE ENVIARA A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS PROPORCIONADOS EL ARCHIVO DIGITAL EN EL TRANSCURSO DEL DÍA----------

V. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV** DEL **REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.----------

VI. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV** DEL **REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.---------- ----------

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS PARTICIPANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII** DEL **REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A **LA CONVOCANTE** ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.----------

LA CONVOCANTE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES SE LLEVARÁ A CABO **EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022**, A LAS **12:00 HORAS** EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EN ESTA MISMA SALA.----------

VII. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO, A LO QUE RESPONDIERON **NO** TENER ALGUNO.----------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. ----------

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ** SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
	C. ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCAS	**DRA. JESSICA ALEJANDRA SANCHÉZ FLORES** REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	**ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ** SUBDIRECTORA DE TECNOLOGIA E INSUMOS	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	**MTRA. MARÍA TERESA NOHEMÍ BUENDÍA ELIZALDE** REPRESENTANTE	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

ÁREA	FUNCIONARIO	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
	LIC. NALLELY MORALES ROSAS AUDITOR	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	
HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	**FERNANDO AMADOR CALDERÓN**	
DICIPA, S.A. DE C.V.	**JORGE VERA CALDERÓN**	
COMERLAT, S.A. DE C.V.	**JAVIER BENITEZ CUELLAR**	

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011–2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

ANEXO 1

PRECISIONES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN LPN 30001122-011-2022

<table>
<tr><th>PRECISIÓN TÉCNICA</th><th>SECCIÓN</th><th>DICE</th><th>DEBE DECIR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PÁGINA 13, EN EL APARTADO 4.2 VISITAS.</td><td>
<table>
<tr><th>HOSPITAL</th><th>ÁREA DESIGNADA PARA REPROCESADORA</th></tr>
<tr><td>H. G. TLÁHUAC</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA/ ÁREA DE LAVADO</td></tr>
<tr><td>H. G. TICOMÁN</td><td>PENDIENTE</td></tr>
<tr><td>H. G. AJUSCO MEDIO</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. PERALVILLO</td><td>SALA DE RECUPERACIÓN QUIRÓFANOS</td></tr>
<tr><td>H. G. RUBÉN LEÑERO</td><td>PENDIENTE</td></tr>
<tr><td>H. G. LA VILLA</td><td>SERVICIO DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. ENRIQUE CABRERA</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. MILPA ALTA</td><td>SERVICIO DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. LEGARIA</td><td>PENDIENTE</td></tr>
<tr><td>H. G. MOCTEZUMA</td><td>SERVICIO DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. IZTAPALAPA</td><td>LAVADO DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. E. BELISARIO DOMÍNGUEZ</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. XOCO</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H.G. TOPILEJO</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. BALBUENA</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>HOSPITAL</th><th>ÁREA DESIGNADA PARA REPROCESADORA</th></tr>
<tr><td>H. G. TLÁHUAC</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA/ ÁREA DE LAVADO</td></tr>
<tr><td>H. G. AJUSCO MEDIO</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. RUBÉN LEÑERO</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. LA VILLA</td><td>SERVICIO DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. ENRIQUE CABRERA</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. LEGARIA</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. MOCTEZUMA</td><td>SERVICIO DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. E. BELISARIO DOMÍNGUEZ</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. XOCO</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
<tr><td>H. G. BALBUENA</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SECCIÓN PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL</td><td>SE AGREGA PÁRRAFO</td><td>SE AGREGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
• SE DEBERÁ GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS TÉCNICOS DENTRO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, ASÍ COMO, DE TÉCNICOS PARA LAS URGENCIAS DE ACUERDO A LA TABLA RELACIÓN DE TÉCNICOS POR UNIDAD MÉDICA (VER TABLA RELACIÓN DE TÉCNICOS)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SECCIÓN</td><td>SE AGREGA PÁRRAFO EN EL REGISTRO</td><td>• ES RESPONSABILIDAD DEL</td></tr>
</table>

	PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL	DE SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TODOS LOS GRUPOS TERAPEUTICOS LAPOROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGIA	LICITANTE ADJUDICADO EL REGISTRO EN EL SISTEMA
4	**ANEXO 1.1 CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CIRIGUA DE MÍNIMA INVASIÓN**	SE AGREGA EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARTADO **DE RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS**	SE AGREGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: EL FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE EQUIPOS (4.7.1.17) DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA, POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, ÁREA USARIA (JEFE DE SERVICIO DE MINIMA INVASIÓN), ASÍ COMO, SELLADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO, POR CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA DE CADA UNA DE LAS RECEPCIONES POR UNIDAD HOSPITALARIA A LA SUBIDRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.
5	**ANEXO 1.1 CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CIRIGUA DE MÍNIMA INVASIÓN**	SE AGREGA EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARTADO **DE LOGÍSTICA DE ASISTENCIA, TODOS LOS GRUPOS TERAPÉUTICOS; LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGIA.** **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO EN LOS GRUPOS TERAPEÚTICOS; LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGIA**	ES RESPONSABILIDAD DEL TÉCNICO QUE, AL TÉRMINO DE CADA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, ESTE DEBERÁ REGISTRARSE EN EL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, Y EL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES SE DEBERÁ IMPRIMIR EL INFORME MENSUAL DESDE SOFTWARE, EL CUAL SE DEBERÁ INTEGRAR A LA FACTURA.
6	**10. PENAS CONVENCIONALES**	SE AGREGA PENA CONVENCIONAL	SE AGREGA PENA CONVENCIONAL 17; VER TABLA DE PENAS CONVENCIONALES
7	**10. PENAS CONVENCIONALES**	SE AGREGA PENA CONVENCIONAL	SE AGREGA PENA CONVENCIONAL 18; VER TABLA DE PENAS CONVENCIONALES
8	**1.3.4 FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA**	SE AGREGA PUNTO	10. INCLUIR SOPORTE A PARED PARA LOS ENDOSCOPIOS EN EL AREA DE LAVADO CON SOSTEN EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA EVITAR DAÑO EN LA PUNTA DISTAL DE LOS MISMOS, ASÍ COMO LOS CAPUCHONES PARA PROTEGERLOS.
9	**ANEXO 1.11**	SE MODIFICA ANEXO	VER ANEXO 1.11
10	**SECCIÓN 4.1 MUESTRAS**	SE AGREGA LOS SIGUIENTES	• EL REGISTRO DE PROVEEDORES SERÁ LLEVADO EN EL MODULO DE VIGILANCIA JUNTO A LOS ELEVADORES • EL HORARIO PARA EL REGISTRO SERÁ A PARTIR DE LAS 9 AM HASTA LAS 11 AM (DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO NO SE PERMITIRÁ EL REGISTRO Y POR ENDE NO PODRÁN ENTREGAR

			MUESTRAS). • EL PERSONAL DE LA DMTI ASIGNADO AL REGISTRO DARÁ ACCESO AL PISO 21 EN EL ORDEN EN QUE SE VAYAN REGISTRANDO, EL ACCESO SERÁ DE UN PROVEEDOR A LA VEZ.
11	**1.2.2 ANEXO PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA**	SE MODIFICA ANEXO **1.2.2 PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA**	VER ANEXO 1.2.2. PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA
12	**1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS POR UNIDAD MEDICA**	SE MODIFICA 1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS POR UNIDAD MÉDICA	VER ANEXO 1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPOS MÉDIOS POR UNIDAD MÉDICA MODIFICADO
13	**1.2.5 ANEXO RELACIÓN DE INSTRUMENTAL POR UNIDAD MÉDICA**	1.2.5 RELACIÓN DE INSTRUMENTAL POR UNIDAD MÉDICA	1.2.5 VER RELACIÓN DE INSTRUMENTAL POR UNIDAD MÉDICA MODIFICADO
14	**1.2.6 RELACIÓN DE INSUMOS POR PROCEDIMIENTO POR UNIDAD MÉDICA**	1.2.6 RELACIÓN DE INSUMOS POR PROCEDIMIENTO POR UNIDAD MÉDICA	VER 1.2.6 RELACIÓN DE INSUMOS POR PROCEDIMIENTO POR UNIDAD MÉDICA, MODIFICADO
15	**SECCIÓN 4.1 MUESTRAS PÁGINA 8**	SE MODIFICA LA TABLA DE PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA	VER LA TABLA DE PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA MODIFICADA
16	**4.1 MUESTRAS, ANEXO 1.9**	SE MODIFICA LA TABLA DE PROCEDIMIENTOS PARA ENDOSCOPIA DEL ANEXO 1.9	VER LA TABLA DE PROCEDIMIENTOS PARA ENDOSCOPIA DEL ANEXO 1.9 MODIFICADA
17	**ANEXO 1.1 PÁGINA 40**	SE MODIFICA LA TABLA DE PROCEDIMIENTO ENDOSCOPIA	VER LA TABLA DE PROCEDIMIENTO ENDOSCOPIA MODIFICADA
18	**PÁGINA 54, 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA**	SE MODIFICAN LOS DATOS PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA	VER LOS PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA MODIFICADOS
19	**PÁGINA 64, 1.3.6 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA**	SE MODIFICAN LOS PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA	VER LOS PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA MODIFICADOS
20	**1.3.9 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA**	SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA	VER FICHA TÉCNICA MODIFICADA
21	**INSTRUMENTAL**	SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA	VER FICHA TÉCNICA MODIFICADA

	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA		
22	INSUMOS 1.3.8FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA	VER FICHA TÉCNICA MODIFICADA

PRECISIÓN TÉCNICA 2

RELACIÓN DE TÉCNICOS POR UNIDAD MÉDICA

No.	EQUIPOS	H.E.B. D	H.G.BAL	H.G.G. SALAS	H.G.E. CABR	H.G.IZT	H.G.M. ALT	H.G.R.LEÑ	H.G.TIC	H.G.TLA	H.G.A.M.	H.G.VILL	H.G.XOC	H.G.E.ZAP	H.M.I TOPI	H.P. LEG	H.P IZTACA	H.P.MOC	H.P.PER	H.P VILLA	TOTAL, DE TÉCNICNOS POR PROCEDIMIE
1	TÉCNICO DE LAPAROSCOPIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	18
2	TÉCNICO DE ENDOSCOPIA	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	10
3	TÉCNICO DE LAPAROSCOPIA UROLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4	TÉCNICO DE LAPAROSCOPIA*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	18
5	TÉCNICO DE ENDOSCOPIA*	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	10
6	TÉCNICO DE LAPAROSCOPIA UROLOGICA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

NOTA: *Técnicos que deberán estar disponibles a llamados para emergencias.

PRECISIÓN TÉCNICA 6 Y 7

PENAS CONVENCIONALES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO	PORCENTAJE PARA APLICAR
17	POR SET DE INSTRUMENTAL INCOMPLETO, FALTA DE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y/O INSUMOS	POR CADA EVENTO	JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN, SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA	10% SOBRE EL MONTO DE LA CIRUGÍA PROGRAMADA
18	ENTREGA DE PASSWORD Y FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE AL PERSONAL DE LA DGPSMU Y DMTI	CADA DÍA DE RETRASO A PARTIR DE QUE EXCEDA 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍA E INSUMOSY PERSONAL DE LA DGPSMU	0.5% SOBRE EL MONTO FACTURADO DEL MES EN QUE SE DEBIO ENTREGAR EL SOFTWARE

PRECISIÓN TÉCNICA 9

DICE

ANEXO 1.11

RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS

DATOS DE LOS EQUIPOS						REGISTRO SANITARIO		CERTIFICADO ISO 13485	
NO. DE ANEXO	NO PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	FOLIO DE SU PROPUESTA	NO.	VIGENCIA	NO.	VIGENCIA

DATOS DE LOS INSUMOS						REGISTRO SANITARIO		CERTIFICADO ISO 13485	
NO. DE ANEXO	NO PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CATÁLOGO	FOLIO DE SU PROPUESTA	NO.	VIGENCIA	NO.	VIGENCIA

NOMBRE DEL LICITANTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R F C DEL LICITANTE:

DEBE DECIR

ANEXO 1.11

RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS

DATOS DE LOS EQUIPOS						REGISTRO SANITARIO		CERTIFICADO ISO 13485	
NO. DE ANEXO	NO PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	FOLIO DE SU PROPUESTA	NO.	VIGENCIA	NO.	VIGENCIA

DATOS DEL INSTRUMENTAL						REGISTRO SANITARIO		CERTIFICADO ISO 13485	
NO. DE ANEXO	NO PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	FOLIO DE SU PROPUESTA	NO.	VIGENCIA	NO.	VIGENCIA

DATOS DE LOS INSUMOS						REGISTRO SANITARIO		CERTIFICADO ISO 13485	
NO. DE ANEXO	NO PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CATÁLOGO	FOLIO DE SU PROPUESTA	NO.	VIGENCIA	NO.	VIGENCIA

NOMBRE DEL LICITANTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R F C DEL LICITANTE:

PRECISIÓN TÉCNICA 11:

DICE:

ANEXO 1.2.2 PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA

PROCEDIMIENTOS II. ENDOSCOPIA	H.E.B.D	H.G.BAL	H.G.G.SALAS	H.G.E. CABR	H.G.IZT	H.G.M. ALT	H.G.R.LEÑ	H.G.TIC	H.G.TLA	H.G.A.M.	H.G.VILL	H.G.XOC	H.G.E.ZAP	H.M.I TOPI	H.P. LEG	H.P IZTACA	H.P.MOC	H.P.PER	H.P. VILLA	TOTAL
11. COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO CPRE ENDOSCOPIA FLEXIBLE	51	80	0	30	64	0	48	0	0	121	15	120	0	0	0	0	0	1	0	530
12. DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO/ESÓFAGO ENDOSCOPIA FLEXIBLE	10	6	0	4	90	0	9	0	0	9	15	6	0	0	2	0	18	5	0	174
13. DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO ENDOSCOPIA FLEXIBLE	6	6	0	5	0	0	9	0	0	8	15	0	0	0	0	0	12	4	0	65
14. ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE	66	107	0	48	130	120	48	111	0	45	72	30	0	15	0	0	12	3	0	807
15. ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE	66	36	0	48	0	72	82	62	120	34	15	36	0	15	0	0	12	4	0	602
16. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA)	7	6	0	12	40	24	12	0	0	17	15	36	0	15	24	0	25	7	0	240
17. PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO ENDOSCOPIA FLEXIBLE	66	131	0	24	0	21	238	0	0	93	68	177	0	15	84	0	24	8	0	949
18.POLIPECTOMÍA TDA/TDB ENDOSCOPIA FLEXIBLE	66	6	0	4	16	28	47	0	0	135	15	6	0	0	0	0	12	4	0	339
TOTAL DE PROCEDIMIENTO II. ENDOSCOPIA	338	378	0	175	340	265	493	173	120	462	230	411	0	60	110	0	115	36	0	**3706**

DEBE DE DECIR:
ANEXO 1.2.2. PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA

PROCEDIMIENTOS II. ENDOSCOPIA	H.E.B.D	H.G.BAL	H.G.G.SALAS	H.G.E. CABR	H.G.IZT	H.G.M. ALT	H.G.R.LEÑ	H.G.TIC	H.G.TLA	H.G.A.M.	H.G.VILL	H.G.XOC	H.G.E.ZAP	H.M.I TOPI	H.P. LEG	H.P IZTACA	H.P.MOC	H.P.PER	H.P. VILLA	TOTAL
11. COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPEÚTICA	51	80	0	30	0	0	48	0	0	121	80	120	0	0	0	0	0	0	0	530
12. DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO/ESÓFAGO ENDOSCOPIA FLEXIBLE	20	16	0	14	0	0	19	0	10	19	25	16	0	0	7	0	28	0	0	174
13. DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO ENDOSCOPIA FLEXIBLE	6	6	0	5	0	0	9	0	0	12	15	0	0	0	0	0	12	0	0	65

14. ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE	66	107	0	98	0	0	108	0	61	115	122	100	0	0	3	0	27	0	0	807
15. ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE	96	66	0	80	0	0	82	0	120	34	57	51	0	0	0	0	12	0	0	598
16. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA)	17	16	0	22	0	0	22	0	24	24	36	36	0	0	24	0	25	0	0	246
17. PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA	66	131	0	24	0	0	238	0	0	93	112	177	0	0	84	0	24	0	0	949
18.POLIPECTOMÍA TDA/TDB ENDOSCOPIA FLEXIBLE	66	6	0	20	0	0	47	0	28	135	19	6	0	0	0	0	12	0	0	339
18 BIS. COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA	100	100	0	100	0	0	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	30	0	0	830
TOTAL DE PROCEDIMIENTO II. ENDOSCOPIA	488	528	0	393	0	0	673	0	343	653	566	606	0	0	118	0	170	0	0	**4538**

PRECISIÓN TÉCNICA12
DICE

1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS POR UNIDAD MÉDICA

No.	EQUIPOS	H.E.B.D	H.G.BAL	H.G.G.SALA	H.G.E. CABR	H.G.IZT	H.G.M. ALT	H.G.R.LEÑ	H.G.TIC	H.G.TLA	H.G.A.M.	H.G.VILL	H.G.XOC	H.G.E.ZAP	H.M.I TOPI	H.P. LEG	H.P IZTACA	H.P.MOC	H.P.PER	H.P VILLA	
1	TORRE DE LAPAROSCOPIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
2	TORRE DE ENDOSCOPIA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
3	TORRE DE LAPAROSCOPIA UROLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
4	REPROCESADORA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	

DEBE DE DECIR:

1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS POR UNIDAD MÉDICA

No.	EQUIPOS	H.E.B.D	H.G.BAL	H.G.G.SALAS	H.G.E. CABR	H.G.IZT	H.G.M. ALT	H.G.R.LEÑ	H.G.TIC	H.G.TLA	H.G.A.M.	H.G.VILL	H.G.XOC	H.G.E.ZAP	H.M.I TOPI	H.P. LEG	H.P IZTACA	H.P.MOC	H.P.PER	H.P VILLA	TOTAL
1	TORRE DE LAPAROSCOPIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	18
2	TORRE DE ENDOSCOPIA	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	10
3	TORRE DE LAPAROSCOPIA UROLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4	REPROCESADORA	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	9

PRECISIÓN TÉCNICA 13:

DICE: 1.2.5 RELACIÓN DE INSTRUMENTAL POR UNIDAD MÉDICA

No.	EQUIPOS	H.E.B.D	H.G.BAL	H.G.G.SALAS	H.G.E. CABR	H.G.IZT	H.G.M. ALT	H.G.R.LEÑ	H.G.TIC	H.G.TLA	H.G.A.M.	H.G.VILL	H.G.XOC	H.G.E.ZAP	H.M.I TOPI	H.P. LEG	H.P IZTACA	H.P.MOC	H.P.PER	H.P VILLA
1	INSTRUMENTAL LAPAROSCOPIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
2	INSTRUMENTAL ENDOSCOPIA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
3	INSTRUMENTAL UROLOGIAPEDIÁTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

DEBE DE DECIR:

1.2.5 RELACIÓN DE INSTRUMENTAL POR UNIDAD MÉDICA

No.	EQUIPOS	H.E.B.D	H.G.BAL	H.G.G.SALAS	H.G.E. CABR	H.G.IZT	H.G.M. ALT	H.G.R.LEÑ	H.G.TIC	H.G.TLA	H.G.A.M.	H.G.VILL	H.G.XOC	H.G.E.ZAP	H.M.I TOPI	H.P. LEG	H.P IZTACA	H.P.MOC	H.P.PER	H.P VILLA

1	INSTRUMENTAL LAPAROSCOPIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
2	INSTRUMENTAL ENDOSCOPIA	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
3	INSTRUMENTAL UROLOGIAPEDIÁTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

PRECISIÓN TÉCNICA 14:

DICE

1.2.6 RELACIÓN DE INSUMOS POR PROCEDIMIENTO POR UNIDAD MÉDICA

No.	EQUIPOS	H.E.B.D	H.G.BAL	H.G.G.SALAS	H.G.E. CABR	H.G.IZT	H.G.M. ALT	H.G.R.LEÑ	H.G.TIC	H.G.TLA	H.G.A.M.	H.G.VILL	H.G.XOC	H.G.E.ZAP	H.M.I TOPI	H.P. LEG	H.P IZTACA	H.P.MOC	H.P.PER	H.P VILLA
1	INSUMOS LAPAROSCOPIA	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	0	1*	1*	1*
2	INSUMOS ENDOSCOPIA	1*	1*	0	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	0	1*	1*	0	1*	1*	0
3	INSUMOS UROLOGIAPEDIÁTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	0	0

CANTIDAD POR PROCEDIMIENTO*

DEBE DECIR:

1.2.6 RELACIÓN DE INSUMOS POR PROCEDIMIENTO POR UNIDAD MÉDICA

No.	EQUIPOS	H.E.B.D	H.G.BAL	H.G.G.SALAS	H.G.E. CABR	H.G.IZT	H.G.M. ALT	H.G.R.LEÑ	H.G.TIC	H.G.TLA	H.G.A.M.	H.G.VILL	H.G.XOC	H.G.E.ZAP	H.M.I TOPI	H.P. LEG	H.P IZTACA	H.P.MOC	H.P.PER	H.P VILLA
1	INSUMOS LAPAROSCOPIA	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	0	1*	1*	1*
2	INSUMOS ENDOSCOPIA	1*	1*	0	1*	0	0	1*	0	1*	1*	1*	1*	0	0	1*	0	1*	0	0
3	INSUMOS UROLOGIAPEDIÁTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	0	0

CANTIDAD POR PROCEDIMIENTO*

PRECISIÓN TÉCNICA 15:

DICE:

ENDOSCOPIA

No.	PROCEDIMIENTO
11	COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO CPRE ENDOSCOPIA FLEXIBLE

12	DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO/ESÓFAGO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
13	DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
14	ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
15	ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
16	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA)
17	PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
18	POLIPECTOMÍA TDA/TDB ENDOSCOPIA FLEXIBLE

DEBE DE DECIR:

ENDOSCOPIA

No.	PROCEDIMIENTO
11	COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPEÚTICA
12	DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO/ESÓFAGO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
13	DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
14	ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
15	ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
16	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA)
17	PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA
18	POLIPECTOMÍA TDA/TDB ENDOSCOPIA FLEXIBLE
18-BIS	COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA

PRECISIÓ TÉCNICA 16:
ANEXO 1.9 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS

DICE:

NO.	NO DEL ANEXO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		GRUPO TERAPEÚTICO ENDOSCOPIA		
9	1.3.9	1-3 CLIPS PARA HEMOSTASIA	PAQUETE	1
10	1.3.9	EQUIPO DE HEMOSPAY	EQUIPO	1
11	1.3.9	LIGADOR DE BANDA MÚLTIPLE PARA HESTASIA, DE 6 A 7 BANDAS, CON BARRIL EXTRA PARA ENDOSCOPIO DE 8.6 A 9.2 MM, CAJA CON UN SET	SET	1
12	1.3.9	SET DE ENDOPRÓTESIS BILIAR PLÁSTICA, DE 10 A 12	SET	1

		CM DE LARGO, CON ALERONES INCLUYE GRUÍA DE ALAMBRE DE 480 CM DE LARGO, CATÉTER EMPUJADOR DE 8.5 FR Y 10 FR.		
13	1.3.9	BALÓN PARA EXTRACCIÓN DE LITOS BILIARES TRIPLE CANAL	PIEZA	1
14	1.3.9	BALÓN O CATÉTER DE DILATACIÓN DE 6 A 8 MM.	PIEZA	1
15	1.3.9	KIT DE DILATADORES DE SAVARY-GILLARD DE 4 A 6 DIÁMETROS	KIT	1

DEBE DECIR:

ANEXO 1.9 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS

GRUPO TERAPEÚTICO ENDOSCOPIA				
9	1.3.9	1-3 CLIPS PARA HEMOSTASIA	PAQUETE	1
10	1.3.9	EQUIPO DE HEMOSPAY	EQUIPO	1
11	1.3.9	LIGADOR DE BANDA MÚLTIPLE PARA HEMOSTASIA, DE 6 A 7 BANDAS, CON BARRIL EXTRA PARA ENDOSCOPIO DE 8.6 A 9.2 MM, CAJA CON UN SET	SET	1
12	1.3.9	SET DE ENDOPRÓTESIS BILIAR PLÁSTICA, DE 10 A 12 CM DE LARGO, CON ALERONES INCLUYE GRUÍA DE ALAMBRE DE 480 CM DE LARGO, CATÉTER EMPUJADOR DE 8.5 FR Y 10 FR.	SET	1
13	1.3.9	BALÓN PARA EXTRACCIÓN DE LITOS BILIARES TRIPLE CANAL	PIEZA	1
14	1.3.9	BALÓN O CATÉTER DE DILATACIÓN DE 6 A 8 MM.	PIEZA	1
15	1.3.9	KIT DE DILATADORES DE SAVARY-GILLARD DE 4 A 6 DIÁMETROS	KIT	1

PRECISIÓN TÉCNICA 17:

PAG 40 ANEXO 1.1 PROCEDIMIENTO ENDOSCOPIA

DICE:

No.	PROCEDIMIENTO ENDOSCOPIA
11	COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO CPRE ENDOSCOPIA FLEXIBLE
12	DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO/ESÓFAGO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
13	DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
14	ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
15	ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
16	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O

	COLONOSCOPIA)
17	PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
18	POLIPECTOMÍA TDA/TDB ENDOSCOPIA FLEXIBLE

DEBE DE DECIR:

No.	PROCEDIMIENTO ENDOSCOPIA
11	COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPEÚTICA
12	DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO/ESÓFAGO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
13	DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO ENDOSCOPIA FLEXIBLE
14	ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
15	ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
16	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA)
17	PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA
18	POLIPECTOMÍA TDA/TDB ENDOSCOPIA FLEXIBLE
18-BIS	COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA

PRECISIÓN TÉCNICA 18:
1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA

DICE:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO:

CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE INTERVENCIONES:

11. PANENDOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIAS.
12. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICEAL.
13. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEAL.
14. COLANGIO PANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPÉUTICA (PRÓTESIS, DILATACIÓN, EXTRACCIÓN DE LITIOS) CON TOMA DE BIOPSIA.
15. DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO ESÓFAGO.
16. DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO.
17. POLIPECTOMÍA TDA/TDB.
18. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA).

DEBE DE DECIR:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO:

CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE INTERVENCIONES:

11. COLONGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPEÚTICA.
12. DILATACIÓN TUBO DIGESTIVO ALTO / ESÓFAGO ENDOSCOPIA FLEXIBLE.
13. DILATACIÓN TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO ENDOSCOPIA FLEXIBLE.
14. ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
15. ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
16. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA)
17. PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA
18. POLIPECTOMÍA TDA/TDB ENDOSCOPIA FLEXIBLE
18-BIS COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA

PRESICIÓN TÉCNICA 19:

I.3.6 FICHA TÉCNICA DE INTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA

DICE:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE INTERVENCIONES:

11. COLANGIO PANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPÉUTICA (PRÓTESIS, DILATACIÓN, EXTRACCIÓN DE LITIOS) CON TOMA DE BIOPSIA.
12. CPRE ENDOSCOPIA FLEXIBLE DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO/ ESÓFAGO.
13. DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO.
14. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICEAL.
15. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEAL.
16. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA).
17. PANENDOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIAS CON CEPILLADO
18. POLIPECTOMIA TDA/TDB

DEBE DE DECIR:

11. COLONGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPEÚTICA.
12. DILATACIÓN TUBO DIGESTIVO ALTO / ESÓFAGO ENDOSCOPIA FLEXIBLE.
13. DILATACIÓN TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO ENDOSCOPIA FLEXIBLE.
14. ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
15. ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
16. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA)
17. PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA
18. POLIPECTOMÍA TDA/TDB ENDOSCOPIA FLEXIBLE
18-BIS COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA

PRECISIÓN TÉCNICA 20:

DICE:

1.3.9 INSUMOS PARA ENDOSCOPIA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE INTERVENCIONES:

11. COLANGIO PANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPÉUTICA (PRÓTESIS, DILATACIÓN, EXTRACCIÓN DE LITIOS) CON TOMA DE BIOPSIA.
12. CPRE ENDOSCOPIA FLEXIBLE DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO/ ESÓFAGO.
13. DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO.
14. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICEAL.
15. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEAL.
16. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA).
17. PANENDOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIAS CON CEPILLADO
18. POLIPECTOMIA TDA/TDB

DEBERÁ OFERTAR ALMENOS LOS INSUMOS DE ENDOSOCOPIA SIGUIENTES:

1. UNA AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA
  1.1. MEDIDAS DE 23G Y 25G COMPATIBLE CON EL EQUIPO UTILIZADO.
2. 1-3 CLIP PARA HEMOSTASIA
  2.1. HEMOCLIP HEMOSTÁTICO,
  2.2. CATÉTER 7 FRENCH,
  2.3. 230 CMS DE LONGITUD, ROTABLE,
  2.4. ABERTURA DE 16 MM,
  2.5. ESTÉRIL.
3. UN EQUIPO DE HEMOSPRAY
  3.1. CATÉTER 7 FRENCH,
  3.2. 220 CMS DE LONGITUD,
  3.3. ESTÉRIL Y DESECHABLE (MODELO HEMO-7)
4. UNA CÁNULA DE ADMINISTRACIÓN DE ARGÓN PLASMA COMPATIBLE CON EQUIPO SOLICITADO.
5. UNA AMPULA DE CIANOACRILATO ENDOSCÓPICO (0.5ML)
6. UNA AMPULA DE HISTROACRYL
7. UNA AMPULA DE LIPIDOL (10ML)
8. SEIS AMPULAS DE TERLIPRESINA DE 1 MG
9. EQUIPO DE HEMOSPRAY.
  9.1. CATÉTER 7 FRENCH,
  9.2. 220 CMS DE LONGITUD,
  9.3. ESTÉRIL Y DESECHABLE
10. UN LIGADOR DE BANDAS MÚLTIPLES PARA HEMOSTASIA;
  10.1. LIGADOR DE VARICES 6 0 7 BANDAS
  10.2. CON BARRIL EXTRA PARA ENDOSCOPIO DE 8.6 A 9.2 MM.
  10.3. CAJA CON UN SET
11. ACCESORIOS, INSUMOS, EQUIPO DE LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA,
12. EQUIPO CON INSUMOS PARA TOMA DE BIOPSIAS.
13. AGUJA DE PRECORTE PAPILAR

14. ENDOPRÓTESIS BILIARES PLÁSTICAS DE LONGITUD Y DIÁMETROS VARIABLES:
14.1. SET DE PRÓTESIS BILIAR INCLUYE ENDOPRÓTESIS DE 10 A 12 CMS. DE LARGO (DIFERENTES MEDIDAS),
14.2. CON ALERONES INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE DE 480 CM. DE LARGO
14.3. CATÉTER EMPUJADOR DE 8.5 FR. Y 10 FR.
15. ENDOPRÓTESIS PANCREÁTICAS PLÁSTICAS DE LONGITUD Y DIÁMETROS VARIABLES
16. BALÓN PARA EXTRACCIÓN DE LITOS BILIARES TRIPLE CANAL.
17. ENDOPRÓTESIS BILIARES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES DE DIÁMETROS Y LONGITUDES VARIABLES (NO CUBIERTAS, PARCIALMENTE CUBIERTAS)
18. EN CASO NECESARIO Y PREVIAMENTE PROGRAMADO: **SPYGLASS** COMPLETO PARA FRACTURA DE LITROS GRANDES QUE NO PASAN POR EL CANAL.
19. BALÓN DILATADOR DE VÍA BILIAR DE DIÁMETROS VARIABLES
20. UN BALÓN O CATÉTER DE DILATACIÓN DE 6 A 8MM, DE 8 A 10 MM, DE 10 A 12MM, DE 12 A 15MM DE 15 A 18MM DE 18 A 20MM, UNO DE CADA MEDIDA
21. JERINGA DE 60 CC. CON PISTOLA Y MANÓMETRO INTEGRADO PARA INSUFLACIÓN DE BALÓN DE DILATACIÓN.
22. KIT DE DILATADORES DE SAVARY-GILLIARD (4 A 6 DIAMETROS).
23. PRÓTESIS METÁLICA ESOFÁGICA AUTOEXPANDIBLE DE DIVERSOS DIÁMETROS
23.1. PARCIALMENTE CUBIERTA

DEBE DE DECIR:

1.3.9FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD	**FOLIO DMTI:** 007-22
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS.	**PARTIDA PRESUPUESTAL:** 3993
SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN	**CLAVE SAICA:** 3993-0008
1.3.9 INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE INTERVENCIONES:

11. COLONGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPEÚTICA.
12. DILATACIÓN TUBO DIGESTIVO ALTO / ESÓFAGO ENDOSCOPIA FLEXIBLE.
13. DILATACIÓN TUBO DIGESTIVO EN PÍLORO ENDOSCOPIA FLEXIBLE.
14. ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
15. ENDOSCOPÍA TERAPEÚTICA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICIAL. ENDOSCOPIA FLEXIBLE
16. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA)
17. PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA
18. POLIPECTOMÍA TDA/TDB ENDOSCOPIA FLEXIBLE
18-BIS COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA

DEBERÁ OFERTAR ALMENOS LOS INSUMOS DE ENDOSOCOPIA SIGUIENTES:

1. UNA AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA
1.1. MEDIDAS DE 23G Y 25G, 7 FR DE 200 A 240 CM DE LONGITUD DESECHABLES.
2. 1-3 CLIP PARA HEMOSTASIA

2.1. HEMOCLIP HEMOSTÁTICO,
2.2. CATÉTER 7 FRENCH,
2.3. 230 CMS DE LONGITUD, ROTABLE,
2.4. ABERTURA DE 16 MM,
2.5. ESTÉRIL.

3. UN EQUIPO DE HEMOSPRAY
   3.1. 2.8 MM CATÉTER 7 FRENCH, CANAL DE TRABAJO
   3.2. 220 CMS DE LONGITUD,
   3.3. ESTÉRIL Y DESECHABLE (MODELO HEMO-7)
4. UNA CÁNULA DE ADMINISTRACIÓN DE ARGÓN PLASMA COMPATIBLE CON EQUIPO SOLICITADO.
5. UNA AMPULA DE CIANOACRILATO ENDOSCÓPICO (0.5ML)
6. UNA AMPULA DE LIPIODOL (10ML)
7. SEIS AMPULAS DE TERLIPRESINA DE 1 MG
8. UN LIGADOR DE BANDAS MÚLTIPLES PARA HEMOSTASIA;
   8.1. LIGADOR DE VARICES 6 0 7 BANDAS
   8.2. CON BARRIL EXTRA PARA ENDOSCOPIO DE 8.6 A 11.3 MM, CORDON DE 125 CM.
   8.3. CAJA CON UN SET
9. ACCESORIOS, INSUMOS, EQUIPO DE LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA,
10. EQUIPO CON INSUMOS PARA TOMA DE BIOPSIAS.
    10.1. PINZA PARA BIOPSIA ENDOSCOPICA EN FORMA DE COPA, SIN ESPIGA DE 160 CM
    10.2. PINZA PARA BIOPSIA COLONOSCOPICA EN FORMA DE COPA SIN ESPIGA DE 230CM.
    10.3. PINZA PARA BIOPSIA ENDOSCOPICA EN FORMA DE COPA, SIN ESPIGA CANAL DE TRABAJO 2.2MM
11. AGUJA DE PRECORTE PAPILAR 7 FR DE 200 A 240 CM DE LONGITUD
12. ENDOPRÓTESIS BILIARES PLÁSTICAS DE LONGITUD Y DIÁMETROS VARIABLES:
    12.1. SET DE PRÓTESIS BILIAR INCLUYE ENDOPRÓTESIS DE 10 A 12 CMS. DE LARGO (DIFERENTES MEDIDAS),
    12.2. CON ALERONES INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE DE 480 CM. DE LARGO
    12.3. CATÉTER EMPUJADOR DE 8.5 FR. Y 10 FR.
13. ENDOPRÓTESIS PANCREÁTICAS PLÁSTICAS DE LONGITUD Y DIÁMETROS VARIABLES
14. BALÓN PARA EXTRACCIÓN DE LITOS BILIARES TRIPLE CANAL. INYECTOR DISTAL
15. ENDOPRÓTESIS BILIARES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES DE DIÁMETROS Y LONGITUDES VARIABLES (NO CUBIERTAS, PARCIALMENTE CUBIERTAS)
16. EN CASO NECESARIO Y PREVIAMENTE PROGRAMADO: **SPYGLASS** COMPLETO PARA FRACTURA DE LITROS GRANDES QUE NO PASAN POR EL CANAL.
17. BALÓN DILATADOR DE VÍA BILIAR DE DIÁMETROS VARIABLES
18. UN BALÓN O CATÉTER DE DILATACIÓN DE 6 A 8MM, DE 8 A 10 MM, DE 10 A 12MM, DE 12 A 15MM DE 15 A 18MM DE 18 A 20MM, UNO DE CADA MEDIDA
19. JERINGA DE 60 CC. CON PISTOLA Y MANÓMETRO INTEGRADO PARA INSUFLACIÓN DE BALÓN DE DILATACIÓN.
20. KIT DE DILATADORES DE SAVARY-GILLIARD (4 A 6 DIAMETROS).
21. PRÓTESIS METÁLICA ESOFÁGICA AUTOEXPANDIBLE DE DIVERSOS DIÁMETROS
    21.1. PARCIALMENTE CUBIERTA.
22. ESFINTEROTOMO DE 3 LUMENES, CURVEADO, 7 FR PARA GUÍA DE 0.035
23. GUÍA HIDROFILICA DE 0.035 DE 400 A 480CM.
24. ASA POLIPECTOMIA FRÍA OVAL MONOFILAMENTO 1.5 CM, DE 200 A 260 CM DE LONGITUD.
25. ASA POLIPECTOMIA CALIENTE OVAL MULTIFILAMENTO 1.5 CM, DE 200 A 260 CM DE LONGITUD.
26. CANASTILLA DE DORMIA 2.5CM 7 FR
27. PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO DE DIENTE DE RATÓN DE 2.3 MM DE 230 CM DE LONGITUD REUSABLE
28. PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO DE DIENTE DE CAIMAN DE 2.3 MM DE 230 CM DE LONGITUD REUSABLE
29. KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 24 FR, TIPO PEG
30. SONDA NASODEYUNAL 3 LUMENES DE 150 CM DE LONGITUD

PRECISIÓN TÉCNICA 21

DICE:

INSTRUMENTAL

1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD	**FOLIO DMTI:** 007-22
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS.	**PARTIDA PRESUPUESTAL:** 3993
SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN	**CLAVE SAICA:** 3993-0008
1.3.5 INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	

INSTRUMENTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:

1.- ***APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:***

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 10MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
7. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
8. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
9. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
10. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
11. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO,
12. UNA PINZA BABCOCK DE 10MM 36 CM DE LONGITUD CON CREMALLERA DESMONTABLE Y DOS PINZAS INTESTINALES DE 10MM 36 CM LONGITUD.

2.- COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 10MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL.
3. UNA TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
6. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
7. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
8. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
9. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.

DEBE DECIR

INSTRUMENTAL

1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD	**FOLIO DMTI:** 007-22
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS.	**PARTIDA PRESUPUESTAL:** 3993
SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN	**CLAVE SAICA:** 3993-0008
1.3.5 INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	

INSTRUMENTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:

1.- ***APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:***

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 10MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
7. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
8. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
9. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
10. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
11. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO,
12. UNA PINZA BABCOCK DE 10MM 36 CM DE LONGITUD CON CREMALLERA DESMONTABLE
13. DOS PINZAS INTESTINALES DE 10MM 36 CM LONGITUD.

2.- COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 10MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL.
3. UNA TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
6. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
7. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
8. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
9. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
10. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
11. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM. 1 RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

6. DOS PINZA BABCOCK DE 10MM X 36CM DE LARGO CON CREMALLERA.
7. 1 ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR,
8. 1 ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR.
9. 1 TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10MM X 36MM.
10. 1 PINZA DISECTORA 10MM X 36CM ÁNGULO RECTO.
11. 1 PORTA AGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO 5MM X 36CM.
12. 1 BAJA NUDOS EXTRACORPÓREO DE 5MM X 36MM. 1 RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO,
13. 1 PINZA INTESTINAL DE 10MM 36 CM LONGITUD.

9.- REFLUJO GÁSTRICO ESOFÁGICO (CIRUGÍA DE HIATO) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZA DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL.
3. UNA TIJERA DE GANCHO 5MM X36CM.
4. UNA TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
5. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
6. DOS PINZA DE BABCOCK DE 10MM X 36CM DE LARGO CON CREMALLERA.
7. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR,
8. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR.
9. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
10. UNA PINZA DISECTORA 10MM X 36CM ÁNGULO RECTO.
11. UN PORTA AGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO 5MM X 36CM.
12. UNA BAJA NUDOS EXTRACORPÓREO DE 5MM X 36MM. 1 RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO,
13. UNA PINZA INTESTINAL DE 10MM 36 CM LONGITUD.

10.- TORACOSCOPIA POR PROCEDIMIENTO

1. UNA LENTE DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL.
3. UNA TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
6. UNA PINZA DE BABCOCK DE 10MM X 36CM DE LARGO CON CREMALLERA
7. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
8. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
9. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
10. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
11. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
12. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
13. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
14. UNA PINZA LARGA DE ANILLO DE 29 CMS (12 MM DE MEDICIÓN EL ANILLO);
15. UNA PINZA DE DISECCIÓN CURVA TIPO SNAKE O PUNTA DIAMANTE 29 CMS

6. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
7. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
8. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
9. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
10. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

6.- OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL (OTB) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 10MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
7. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
8. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
9. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
10. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
11. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.- ORQUIDOPEXIA (TESTÍCULO NO DESCENDIDO)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/Ó KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
7. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
8. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
9. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
10. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
11. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

8.- PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINALLAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMÁTICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL.
3. UNA TIJERA DE GANCHO 5MM X36CM.
4. UNA TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
5. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.

10. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
11. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM. 1 RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

3.- HIDROCELECTOMÍA BILATERAL (VARICOCELE)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR 1 TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
7. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
8. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
9. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
10. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

4.- HISTERECTOMÍA

1. UNA LENTE DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UNA PINZA BABCOCK DE 10MM 36 CM DE LONGITUD CON CREMALLERA DESMONTABLE Y
6. DOS PINZAS INTESTINALES DE 10MM 36 CM LONGITUD.
7. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
8. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
9. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
10. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
11. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
12. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
13. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO; ENERGÍA DE CUALQUIER TIPO (POR EJEMPLO, LIGASURE);
14. UNSEPARADOR BABCOCK EN ABANICO;
15. UN PORTAAGUJAS LAPAROSCOPICO.

5.- LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA Y GINECOLÓGICA (LAPAROTOMÍA EXPLORADORA), POR UN PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 10MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR. 1 ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR

3.- HIDROCELECTOMÍA BILATERAL (VARICOCELE)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR 1 TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
7. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
8. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
9. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
10. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

4.- HISTERECTOMÍA

1. UNA LENTE DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UNA PINZA BABCOCK DE 10MM 36 CM DE LONGITUD CON CREMALLERA DESMONTABLE Y
6. DOS PINZAS INTESTINALES DE 10MM 36 CM LONGITUD.
7. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
8. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
9. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
10. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
11. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
12. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
13. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO; ENERGÍA DE CUALQUIER TIPO (POR EJEMPLO, LIGASURE);
14. UNSEPARADOR BABCOCK EN ABANICO;
15. UN PORTAAGUJAS LAPAROSCOPICO.

5.- LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA Y GINECOLÓGICA (LAPAROTOMÍA EXPLORADORA), POR UN PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 10MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR. 1 ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
6. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
7. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
8. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
9. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.

10. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

6.- OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL (OTB) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 10MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
7. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
8. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
9. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
10. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
11. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.- ORQUIDOPEXIA (TESTÍCULO NO DESCENDIDO)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/Ó KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
7. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
8. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS.
9. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
10. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
11. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

8.- PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINALLAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMÁTICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL.
3. UNA TIJERA DE GANCHO 5MM X36CM.
4. UNA TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
5. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
6. DOS PINZA TIPO BABCOCK DE 10MM X 36CM DE LARGO CON CREMALLERA.
7. 1 ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR,
8. 1 ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR.
9. 1 TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10MM X 36MM.
10. 1 PINZA DISECTORA 10MM X 36CM ÁNGULO RECTO.
11. 1 PORTA AGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO 5MM X 36CM.

12. 1 BAJA NUDOS EXTRACORPÓREO DE 5MM X 36MM. 1 RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO,
13. 1 PINZA INTESTINAL DE 10MM 36 CM LONGITUD.

9.- REFLUJO GÁSTRICO ESOFÁGICO (CIRUGÍA DE HIATO) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. UNA ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZA DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL.
3. UNA TIJERA DE GANCHO 5MM X36CM.
4. UNA TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
5. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
6. DOS PINZA DE BABCOCK DE 10MM X 36CM DE LARGO CON CREMALLERA.
7. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR,
8. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR.
9. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
10. UNA PINZA DISECTORA 10MM X 36CM ÁNGULO RECTO.
11. UN PORTA AGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO 5MM X 36CM.
12. UNA BAJA NUDOS EXTRACORPÓREO DE 5MM X 36MM. 1 RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO,
13. UNA PINZA INTESTINAL DE 10MM 36 CM LONGITUD.

10.- TORACOSCOPIA POR PROCEDIMIENTO

1. UNA LENTE DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA 30°, LONGITUD DE 31 CM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 5MM CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO.
2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL.
3. UNA TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE.
4. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE.
5. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.
6. UNA PINZA DE BABCOCK DE 10MM X 36CM DE LARGO CON CREMALLERA
7. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.
8. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR
9. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM.
10. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM.
11. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM.
12. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
13. UNA PINZA LARGA DE ANILLO DE 29 CMS (12 MM DE MEDICIÓN EL ANILLO);
14. UNA PINZA DE DISECCIÓN CURVA TIPO SNAKE O PUNTA DIAMANTE 29 CMS

PRECISIÓN TÉCNICA 22
DICE

INSUMOS

1.3.8FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD	**FOLIO DMTI:** 007-22
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS.	**Partida Presupuestal:** 3993
SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN	**CLAVE SAICA:** 3993-0008
1.3.8 INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	

INSUMOS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:

1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
3. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA,
4. DVDPARA CUBRIR EL EVENTO.
5. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
6. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
7. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
8. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
9. PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITÁNIO ESTÉRIL, DESECHABLE. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS.
10. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.
11. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN,
12. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M.
13. ASA PARA LIGADURA ENDOLOOP,
14. PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM. 36 CM. DE LONGITUD

2.- COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
3. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
5. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
6. PLACA DESECHABLE PARA ELECTROCIRUGIA DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO:
7. PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
8. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
9. PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITÁNIO ESTÉRIL, DESECHABLE.
10. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS.

11. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.
12. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN,
13. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M.

3.- HIDROCELECTOMÍA BILATERAL (VARICOCELE)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
3. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
4. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
5. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
6. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
7. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
8. PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITÁNIO ESTÉRIL, DESECHABLE.
9. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL.
10. PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM 36 CM. DE LONGITUD.

4.- HISTERECTOMÍA POR PROCEDIMIENTO

1. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
2. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
3. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
6. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.
7. UN INMOVILIZADOR UTERINO REUSABLE

5.- LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA Y GINECOLÓGICA (LAPAROTOMÍA EXPLORADORA), POR UN PROCEDIMIENTO

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
3. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
5. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
6. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
7. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
8. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.

6.- OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL (OTB) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
2. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
3. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
4. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
5. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
6. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
7. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.

BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.

8. PINZA O MANGO TIPO PISTOLA PARA SELLADO DE VASOS O TEJIDO DE 5 MM., X 30 A 35 CM DE LONGITUD,
9. PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM 36 CM. DE LONGITUD

7.- ORQUIDOPEXIA (TESTÍCULO NO DESCENDIDO)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
2. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
3. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
6. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN

8.- PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINALLAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
2. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
3. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
4. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
6. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
7. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
8. MALLA DE POLIPROPILENO DE 15 A 25 CM X 15 A 25 CM.
9. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL.
10. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN,
11. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M.
12. UN FIJADOR PARA MALLA TIPO HELICOIDAL DE TITANIO (MÁXIMO 5 PZAS. POR PROCEDIMIENTO).

9.- REFLUJO GÁSTRICO ESOFÁGICO (CIRUGÍA DE HIATO) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
3. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
6. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
7. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
8. PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITÁNIO ESTÉRIL, DESECHABLE. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS.
9. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTESPARA CORTE Y COAGULACIÓN,
10. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M.

PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM 36 CM. DE LONGITUD.

10.- TORACOSCOPIA POR PROCEDIMIENTO

1. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
2. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
3. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE TORAX, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO:
6. PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
7. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.

DEBE DECIR

INSUMOS

1.3.8FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD	**FOLIO DMTI:** 007-22
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS.	**Partida Presupuestal:** 3993
SERVICIO INTEGRAL PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN	**CLAVE SAICA:** 3993-0008
1.3.8 INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	

INSUMOS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:

1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
3. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA,
4. DVDPARA CUBRIR EL EVENTO.
5. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
6. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.

7. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
8. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
9. PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITÁNIO ESTÉRIL, DESECHABLE. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS.
10. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.
11. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN,
12. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M.
13. ASA PARA LIGADURA ENDOLOOP,
14. PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM. 36 CM. DE LONGITUD

2.- COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
3. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
5. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
6. PLACA DESECHABLE PARA ELECTROCIRUGIA DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO:
7. PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
8. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
9. PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITÁNIO ESTÉRIL, DESECHABLE.
10. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS.
11. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.
12. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN,
13. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M.

3.- HIDROCELECTOMÍA BILATERAL (VARICOCELE)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
3. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
4. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
5. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
6. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
7. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
8. PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITÁNIO ESTÉRIL, DESECHABLE.
9. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL.
10. PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM 36 CM. DE LONGITUD.

4.- HISTERECTOMÍA POR PROCEDIMIENTO

1. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.

2. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
3. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
6. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.
7. UN MOVILIZADOR UTERINO REUSABLE TRANSVAGINAL
8. MORCELADOR DE PIEZA QUIRUGÍCA
9. PINZA ULTRASÓNICA PARA CORTE Y COAGULACIÓN PARA SELLADO DE VASOS DE 5 MM DE DÍAMETRO 36 CM DE LONGITUD

5.- LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA Y GINECOLÓGICA (LAPAROTOMÍA EXPLORADORA), POR UN PROCEDIMIENTO

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
3. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
5. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
6. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
7. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
8. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.

6.- OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL (OTB) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
2. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
3. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
4. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
5. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
6. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
7. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.

BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.

8. PINZA O MANGO TIPO PISTOLA PARA SELLADO DE VASOS O TEJIDO DE 5 MM., X 30 A 35 CM DE LONGITUD,
9. PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM 36 CM. DE LONGITUD

7.- ORQUIDOPEXIA (TESTÍCULO NO DESCENDIDO) LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
2. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
3. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.

5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
6. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN

8.- PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINALLAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
2. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
3. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
4. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
6. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
7. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
8. MALLA DE POLIPROPILENO DE 15 A 25 CM X 15 A 25 CM.
9. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL.
10. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN,
11. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M.
12. UN FIJADOR PARA MALLA TIPO HELICOIDAL DE TITANIO (MÁXIMO 5 PZAS. POR PROCEDIMIENTO).

9.- REFLUJO GÁSTRICO ESOFÁGICO (CIRUGÍA DE HIATO) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO:

1. AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM DE LONGITUD, DESECHABLE.
2. MANGUERA DE INSUFLACIÓN, ESTÉRIL.
3. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
6. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
7. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
8. PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITÁNIO ESTÉRIL, DESECHABLE. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS.
9. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTESPARA CORTE Y COAGULACIÓN,
10. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M.
11. PINZA ULTRASÓNICA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM 36 CM. DE LONGITUD.

10.- TORACOSCOPIA POR PROCEDIMIENTO

1. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA.
2. MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, ESTÉRIL.
3. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE TORAX, DESECHABLES, QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5 A 12 MM DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK.
4. DVD PARA CUBRIR EL EVENTO.
5. PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO:
6. PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL.
7. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN.
8. DISPOSITIVO ENDOSCOPICO EN FORMA LOOP

9.	TIJERA ULTRASÓNICA DE 30 A 33 CM DE 5 MM DE DÍAMETRO

HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.
MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CORPORATIVO CALMECAC
ISO 9001:2015
CERTIFICATE
No. 20-10904-413

ANEXO 24

FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
1	Anexo 1.3 1.3.4 Ficha Técnica de Reprocesadora (pag. 60) Numeral 1.	En relación a la ficha técnica de la reprocesadora, le solicitamos a la convocante nos acepte equipo para el reprocesamiento de 1 endoscopio, mejorando los tiempos del proceso de hasta un 40% de forma significativa.
2	Anexo 1.3 1.3.4 Ficha Técnica de Reprocesadora (pag. 60) Numeral 3.	Le solicitamos a la convocante nos pueda aclarar la diferencia entre "panel de control" y "pantalla", ya que el equipo que deseamos ofertar cuenta con pantalla táctil, en la cual se puede hacer el control del reprocesamiento del endoscopio, a través de un sub menú.
3	Anexo 1.3 1.3.4 Ficha Técnica de Reprocesadora (pag. 60) Numeral 6.	Le solicitamos a la convocante, considere que algunos desinfectantes de alto nivel, como es el caso del Ortoftaldehido al 55% no requieren aumento de temperatura, ya que no necesita activación para realizar el proceso de desinfección de manera óptima, el cual se monitoriza con las tiras para la lectura de la concentración mínima efectiva.

LICITANTE:	**HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.** **FERNANDO AMADOR CALDERON, REPRESENTANTE LEGAL.**	**DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO**	
		CALLE Y NÚMERO	PUENTE DE PIEDRA N° 65
		COL., ALCALDÍA.	TORIELLO GUERRA, TLALPAN
		C.P.	14050
		TELÉFONO(S)	55 5171-2820 AL 23
		CORREO ELECTRÓNICO	fernando.amador@hitecmedical.mx

HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.
MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CORPORATIVO CALMECAC
ISO 9001:2015
CERTIFICATE
No. 20-10904-413

ANEXO 24
FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
4	PUNTO 2 2.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO EQUIPOS MEDICOS	Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita instalar equipos con una antigüedad de 5 años, con sus correspondientes actualizaciones para su buen funcionamiento, en virtud de que existe desabasto de equipamiento quirúrgico en el mercado
5	ANEXO 1.2. PUNTO 1.2.3 PROCEDIMEINTOS DE UROLOGIA PEDIATRICA	En virtud de que los procedimientos de urología pediátrica son 15, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita instalar los equipos para cuando se programe un procedimiento y no tenerlos instalados permanentemente y no se incrementes los costos.
6	ANEXO 1.2 PUNTO 1,2,2 PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA	En este punto se señala que se harán procedimientos de extracción de cuerpos extraños (Endoscopia, Broncoscopia o Colonoscopia) sin embrago en el punto 1.3 Ficha técnica de equipo médico para endoscopia no solicitan broncoscopio, será necesario proporcionarlo y en que hospitales?
7	PUNTO 1.2.3. INCISO I) EQUIPO DE ELECTROCOAGULACION Y ARGON PLASMA	Para este punto solicitamos amablemente a la convocante, nos indique en que hospitales se deberá proporcionar los equipos?

LICITANTE:	**HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.** **FERNANDO AMADOR CALDERON, REPRESENTANTE LEGAL.**	**DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO**	
		CALLE Y NÚMERO	PUENTE DE PIEDRA N° 65
		COL., ALCALDÍA.	TORIELLO GUERRA, TLALPAN
		C.P.	14050
		TELÉFONO(S)	55 5171-2820 AL 23
		CORREO ELECTRÓNICO	fernando.amador@hitecmedical.mx

HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.
MEDICINA DE ALTA TECNOLOGIA

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
O CORPORATIVO O
CALMECAC
ISO
9001:2015
CERTIFICATE
No. 20-10904-413

ANEXO 24

FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
8	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) 1.2	1.2 RESOLUCION DE 1920 X 1200. Resolución de 1920X108Ó. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la resolución FULL HD de alta calidad que equivale a 1920x1080, ¿se acepta?
9	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) 1.3	1.3 CON OPCION DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si en el punto 1.1.2 con C-VIDEO se refiere a Video Compuesto, ¿es correcta nuestra apreciación?
10	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) 1.4	1.4 CON OPCION A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A ESPECIALIDAD MÉDICA. Solicitamos amablemente a la convocante considere el punto 1.1.4 como opcional ya que nuestra tecnología no requiere ajustes de temperatura de color en el monitor para cada especialidad, siendo limitante para los participantes y favoreciendo la libre participación en el procedimiento. ¿Se acepta?
11	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 2	2. ENDOCAMARA O CABEZAL DE CAMARA HD DE 3 CHIPS. Cabezal de cámara de 1 chip CMOS. COD.TH110 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un cabezal de cámara de 1 CHIP CMOS, ya que el chip CMOS representa una mejora tecnológica sobre los chips CCD, por lo que ya no es necesario que sean 3 para obtener una mejor calidad de imagen, ¿se acepta?
12	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 2 2.1	2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD. Resolución de 1920X1080 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la resolución FULL HD que equivale a 1920x1080, ¿se acepta?
13	Anexo 1.3 1.3.1. Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 2 2.5	2.5 CON BOTÓN PARA ZOOM ÓPTICO. Con botón para control de zoom. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si en el punto 1.2.5 se refiere a control del zoom desde el cabezal de cámara. ¿es correcta nuestra apreciación?
14	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 3 3.2	3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO. Con 2 salidas de video DVI. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 2 salidas digitales DVI, ¿se acepta?
15	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso A) PUNTO 3 3.3	3.3 CON PRE-CONFIGURACIONES DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS Sistema interdisciplinario para las especialidades laparoscopía, urología, ginecología, artroscopía, ORL y gastroenterología. Solicitamos amablemente a la convocante permita que el punto 3.3.3 sea opcional ya que se refiere a una característica específica de otra casa comercial y nuestra tecnología ofrece un sistema de uso interdisciplinario para cirugía

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		laparoscópica, urología, ginecología, artroscopía, ORL y gastroenterología, esto sin ser limitante para los participantes y favoreciendo la libre participación en el procedimiento. ¿Se acepta?
16	Anexo 1.3 1.3.1 Descripción técnica del servicio Inciso D) PUNTO 1	1.UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. Aparato de alta frecuencia previsto para generar potencia eléctrica a fin de realizar cortes y coagulaciones unipolares y bipolares durante intervenciones quirúrgicas en tejidos. **COD.UH400U, UF902** Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar el punto 1 como: "Aparato de AF previsto para generar potencia eléctrica a fin de realizar cortes y coagulaciones unipolares y bipolares durante intervenciones quirúrgicas en tejidos", ¿se acepta?
17	Anexo 1.3 1.3.3 EQUIPO MEDICO PARA UROLOGIA PEDIATRICA INCISO A) PUNTO 1.2, 1.3 Y 1.4	1.1 CON PANTALLA LED DE MAYOR O IGUALA A 24". Con pantalla LCD de 27" con retroiluminación LED. 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920X1200. Resolución de 1920X1080. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la resolución FULL HD de alta calidad que equivale a 1920x1080, ¿se acepta? 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si en el punto 1.1.2 con e-VIDEO se refiere a Video Compuesto, ¿es correcta nuestra apreciación? 1.4 CON OPCIÓN A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A ESPECIALIDAD MÉDICA. Solicitamos amablemente a la convocante considere el punto 1.1.4 como opcional ya que nuestra tecnología no requiere ajustes de temperatura de color en el monitor para cada especialidad, siendo esta característica propia de otra casa comercial, esto sin ser limitante para los participantes y favoreciendo la libre participación en el procedimiento. ¿Se acepta?
18	Anexo 1.3 1.3.3 ENDOCAMARA O CABEZAL DE CAMARA HD DE 3 CHIPS INCISO A) PUNTO 2, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4 Y 2.5	2.ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS. Cabezal de cámara de 1chip CMOS. COD.TH110 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un cabezal de cámara de 1 CHIP CMOS, ya que el chip CMOS representa una mejora tecnológica sobre los chips CCD, por lo que ya no es necesario que sean 3 para obtener una mejor calidad de imagen, ¿se acepta? 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD. Resolución de 1920X1080. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la resolución FULL HD que equivale a 1920x1080, ¿se acepta? 2.2 CON BOTÓN PARA CONTROL DE BALANCE DE BLANCOS. 2.3 CON FUNCIÓN DE GRABACIÓN DE VIDEO. 2.4 CON FUNCIÓN DE CAPTURA DE IMÁGENES 2.5 CON BOTÓN PARA ZOOM ÓPTICO. Con botón para control de zoom. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si en el punto 1.2.5 se refiere a control del zoom desde el cabezal de cámara, ¿es correcta nuestra apreciación?
19	Anexo 1.3 1.3.3 PROCESADOR DE VIDEO UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA PUNTO 3, 3.1, 3.2, 3.3	3.1 CON BALANCE DE BLANCOS. 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO. Con 2 salidas de video DVI. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 2 salidas digitales DVI, ¿se acepta? 3.3 CON PRE-CONFIGURACIONES DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS Sistema interdisciplinario para las especialidades laparoscopía, urología, ginecología, artroscopía, ORL y gastroenterología. Solicitamos amablemente a la convocante permita que el punto 3.3.3 sea opcional ya que se refiere a una característica específica de otra casa comercial y nuestra tecnología ofrece un sistema de uso interdisciplinario para cirugía

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		laparoscópica, urología,ginecología, artroscopía, ORL y gastroenterología, esto sin ser limitante para los participantes y favoreciendo la libre participación en el procedimiento. ¿Se acepta?
20	Anexo 1.3 1.3.3 INCISO D) PUNTO 1	1. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. Aparato de alta frecuencia previsto para generar potencia eléctrica a fin de realizar cortes y coagulaciones unipolares y bipolares durante intervenciones quirúrgicas en tejidos. COD.UH400U, UF902 Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar el punto 1como: "Aparato de AF previsto para generar potencia eléctrica a fin de realizar cortes y coagulaciones unipolares y bipolares durante intervenciones quirúrgicas en tejidos", ¿se acepta?
21	Anexo 1.3 1.3.3 INCISO F) PUNTO 1	SISTEMA OPTICO 5º, ESCALONADO 4.5/6.5 CHARR. 6º, 7.3-8 Charr Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sistema óptico 6º, escalonado 7.3-8 Charr. ¿Se acepta?
22	ANEXO 1.3 INCISO F) PUNTO 5	5.PARA INSTRUMENTOS DE 4 CHARR. 3 CHARR Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar canal de trabajo de 3 Charr. ¿Se acepta?
23	ANEXO 1.3 INCISO F) PUNTO 7	7.LONG. UTIL DE 430 MM. 250mm Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar longitud útil de 25cm. ¿Se acepta?
24	ANEXO 1.3 INCISO G) PUNTO 1	1.SISTEMA OPTICO RIGIDO DE 7.5FR. 7 Charr Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar cistoscopio pediátrico de 7 Fr. ¿Se acepta?

LICITANTE:	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. FERNANDO AMADOR CALDERON, REPRESENTANTE LEGAL.	DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	
		CALLE Y NÚMERO	PUENTE DE PIEDRA N° 65
		COL., ALCALDÍA.	TORIELLO GUERRA, TLALPAN
		C.P.	14050
		TELÉFONO(S)	55 5171-2820 AL 23
		CORREO ELECTRÓNICO	fernando.amador@hitecmedical.mx

Dicipa S.A. de C.V.
Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUD DE NORMAS Y CONCURSOS
25 ABR 2022
RECIBIDO
POR [illegible] HORA 12:00

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 30001122–011–2022
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

ANEXO 24
FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES
"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DEL 2022

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
1	**4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS** **PUNTO 4.7.1.5** DICE: ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS DONDE INCLUYAN LOS TRES GRUPOS TERAPÉUTICOS (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA) EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN	PREGUNTA: LA EXPERIENCIA QUE EJERCE MI REPRESENTADA SE ESPECIALIZA EN EL SERVICIO INTEGRAL RELACIONADO CON DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOS EN ATENCION DIRECTA A USUARIO Y EL PACIENTE. DADO LO ANTERIOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE NOS CLARIFIQUE SÍ SE PERMITE LA ENTREGA DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD COMO LO SON TERAPIA Y DIAGNOSTICO, EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS Y SU FORMALIZACION CORRESPONDIENTE PARA FORTALECER LA PROPUESTA DE MI PROVEEDURIA. ¿ES CORRECTO?

Dicipa S.A. de C.V.
Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO.	
2	**ANEXO 1.2 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS POR UNIDAD MÉDICA**	PREGUNTA: LAS REPROCESADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y CORRECTO MANEJO DE LOS ENDOSCOPIOS SON FUNDAMENTALES Y BASTANTES ÚTILES. PARA PODER BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO A LA INSTITUCION PARA AQUELLAS UNIDADES QUE LO REQUERAN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE SER ADJUDICADOS, PREVIO A LA ENTREGA NOS PERMITA VALIDAR QUE LA UNIDAD MÉDICA CUENTA CON EL ESPACIO Y CAPACIDAD DE INSTALACIÓN, DE NO CONTAR CON LOS REQUISITOS VALIDADOS POR EL FABRICANTE SE ENTIENDE QUE NO SE DEBE COLOCAR EL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Dicipa S.A. de C.V.
Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

3	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **A) CARRO DE TRANSPORTE**	PREGUNTA: A.3. Entendemos que la capacidad de carga del carro es acorde al peso del equipo médico ofertado, por lo que solicitamos a la convocante nos permita demostrar esta capacidad de carga mediante una imagen con el equipo médico instalado en el carro, ¿se acepta?
4	**A ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **A) PROCESADOR DE IMÁGENES**	PREGUNTA: C.14 Debido a que el panel de pantalla táctil está orientado un fabricante. Para no limitar la participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar panel de operación con botones físicos, sin que esto comprometa la operatividad del equipo ¿se acepta?
5	**A ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **D) FUENTE DE ILUMINACIÓN**	PREGUNTA: D.2 Entendemos que ofertar tecnología superior no es motivo de incumplimiento, por lo que solicitamos a la convocante nos permita ofertar lámpara LED con intensidad de 1400 lm con 4 LEDS independientes, por lo que ya no es necesaria una lámpara de emergencia, ya que al fallar un LED los otros 3 siguen en operación, ¿se acepta?
6	**A ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCOPICA**	PREGUNTA: E. 5. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una tasa de flujo para biopsia de 500 ml/min, con el fin de no someter los endoscopios a una sobrepresión en el canal de trabajo, se acepta?
7	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN**	PREGUNTA: E. 2. Debido a que la función de temporizador no es utilizada habitualmente, solicitamos a la convocante se considere como opcional para no limitar la participación, ¿se acepta?

Dicipa S.A. de C.V.
Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA **E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCOPICA**	
8	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **F) VIDEOGASTROSCOPIO**	PREGUNTA: F.6 Para no limitar la participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar un diámetro de inserción de 9.8mm debido que se solicita zoom óptico para un endoscopio adulto por lo que el diámetro no puede ser menor considerando el canal de trabajo de 2.8mm, ¿se acepta?
9	**A ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **H) VIDEOCOLONOSCOPIO**	PREGUNTA: H.4. Debido a que el endoscopio solicitado cuenta con zoom óptico esta característica restringe el campo de visión y el canal de trabajo, por lo que solicitamos nos permita ofertar 140° y 3.2mm respectivamente para no limitar la participación. ¿Se acepta?
10	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.1 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar computadora tipo laptop ya que ocupa menos espacio en el carro, ¿se acepta?
11	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.6 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar formatos de imagen (JPEG y DICOM), ya que estos formatos son compatibles con sistemas de imágenes medicas como el PACS, ¿se acepta?

Dicipa S.A. de C.V.
Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

12	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.7 Para no limitar la participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar únicamente formato MPEG-4, ya que este formato es mas común para visualizarlo en computadoras, ¿se acepta?
13	**ANEXO 1.3FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J)SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.9 Entendemos que esta función puede ser opcional ya que el propósito principal del software es generar reportes médicos, ¿es correcta nuestra apreciación?
14	**PROPUESTA TÉCNICA** **4.1 MUESTRAS** **GRUPO TERAPEUTICO ENDOSCOPIA** **PUNTO 10**	PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Se debe entender que se pueden presentar UN EQUIPO HEMOSTÁTICO ENDOCOPICO EN POLVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE APLICACIÓN SIN HACER REFERENCIA A UNA MARCA EN ESPECIFICA. ¿ES CORRECTO?
15	**ANEXO 1.3** **FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO , INSTRUMENTAL, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA**	PREGUNTA.: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CLARIFIQUE, SÍ SE DEBE ENTENDER QUE TODO AQUEL INSUMO, EQUIPO, DISPOSITIVO DE IGUAL O MAYOR TECNOCLOGÍA QUE OFERTE MI REPRESENTADA NO SERÍA CAUSANTE DE DESECHAMIENTO, TODA VEZ QUE ESTO SE COMPRUEBE MEDIANTE REFERENCIA EN MANUAL Y/O CATALOGO DE FABRICANTE. ES CORRECTO?
16	1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS SE AJUSTARÁ INVARIABLEMENTE AL MONTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE	PREGUNTA CONSIDERANDO QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTAMOS PARA EL SONDEO DE MERCADO SUPERA

Dicipa S.A. de C.V.
Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	MEDIANTE OFICIO NÚMERO **DGAF/DF/SP/040/2022** DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO **3993 "SUBROGACIONES "**. **4.7.2. PROPUESTA ECONÓMICA. INDICA QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR LA PARTIDA ÚNICA** POR UN MONTO MINIMO DE $1,834,721.12 Y UN MAXIMO DE $18,347,211.48	POR MAS DE 4 VECES DE LO AUTORIZADO PARA ADJUDICAR EN ESTE PROCEDIMIENTO. FAVOR DE CONFIRMAR QUE DESPUES DE QUE ESTE RECURSO ASIGNADO O AUTORIZADO SE TERMINE, SE CONTINUARA CON EL CONTRATO, UNA VEZ QUE SE HAYA AUTORIZADO MAS RECURSO FAVOR DE ACLRAR
17	**INFORMACIÓN DEL SERVICIO A NTRATAR.** **EQUIPOS MÉDICOS** LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. EL LICITANTE SE COMPROMETE A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES AÑOS. PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, EN LA	PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE TODOS LOS EQUIPOS DEBERAN SER NUEVOS, POR LOS QUE YA SE TIENEN INSTALADOS ACTUALMENTE SE DEBERAN RETIRAR SI ELLOS TIENEN MAS DE 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD FAVOR DE CONFIRMAR

Dicipa S.A. de C.V.
Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	PROPUESTA TÉCNICA	
18	**4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SOLICITAN** PRESENTAR UN CURRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO SERVICIO INTEGRAL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS DONDE INCLUYAN LOS TRES GRUPOS TERAPÉUTICOS (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA) EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO. EN APEGO AL DOF: 03/02/2016: ACUERDO por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación	PETICION, ACLARACION O SOLICITUD CON LA INTENCION DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION Y QUE LA SECRETARIA DE SALUD SE BENEFICIE CON UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES, SOLICITAMOS PODER PRESENTAR CURRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO SERVICIO INTEGRAL EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO

Dicipa S.A. de C.V.
Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el que en su numeral 4.2.2.1.3 Elaborar proyecto de convocatoria a la licitación pública Indica: Aspectos generales a considerar: · En la elaboración del proyecto de convocatoria debe considerarse que es el supremo interés del Estado promover la competencia del mayor número de licitantes a efecto de que el Estado se encuentre en posibilidad de obtener las mejores condiciones de contratación, por lo que en dicho instrumento deberá evitarse el establecimiento de requisitos que tengan por efecto limitar la libre participación y concurrencia y requisitos imposibles de cumplir	
19	**4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SOLICITAN** PRESENTAR UN CURRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO SERVICIO INTEGRAL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS DONDE INCLUYAN LOS TRES GRUPOS TERAPÉUTICOS	EN CASO DE QUE LA RESPPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR RESULTE NEGATIVA SOLICITAMOS PODER PRESENTAR CURRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO SERVICIO INTEGRAL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 1 CONTRATO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO

Dicipa S.A. de C.V.
Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

	(LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA) EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO.	

		DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	
		CALLE Y NÚMERO	AV PATRIOTISMO NUM. 201 PISO 8
		COL., ALCALDÍA.	SAN PEDRO DE LOS PINOS
	JORGE VERA CALDERON	**C.P.**	03800
	REPRESENTANTE LEGAL	**TELÉFONO(S)**	555093 2000
LICITANTE DICIPA, S.A. DE C.V.	**DICIPA, S.A. DE C.V.**	**CORREO ELECTRÓNICO**	jvera@dicipa.com.mx

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

CDMX | SEDESA

JUD DE NORMAS Y CONCURSOS

5.1. JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES

ANEXO 24

26 ABR 2022

FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES

RECIBIDO

"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

POR Martha F. HORA 18:03

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2022.

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
1.	1.7. PROVEEDORES SALARIALMENTE RESPONSABLES Y PUNTO 4.5. INCISO H)	CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO II "DEL PADRÓN DE PROVEEDODORES" DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 24 DE MAYO DE 2017. ES CORRECTO ENTENDER POR PARTE DE TODOS LOS LICITANTES, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR "CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE Y A NOMBRE DEL LICITANTE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE POR LO QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA LA CONSTANCIA VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE, ADJUNTANDO LA CONSTANCIA VENCIDA Y LA IMPRESIÓN DEL CORREO EN EL QUE EL TIANGUIS DIGITAL INFORMA DE QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. **¿ES CORRECTO?**
2.	2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN. 4.6 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO G)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA ES DE ORIGEN NACIONAL TAL Y COMO LO DEMUESTRA EN SU ACTA CONSTITUTIVA Y PRESENTA PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN SERVICIO Y NO DE UNA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CONTARÁN CON GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. **¿SE ACEPTA?**
3.	4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. INCISO E)	DEBEMOS ENTENDER QUE UNICAMENTE SERÁN RUBRICADAS LAS "COPIAS SIMPLES" SOLICITADAS EN BASES Y NO LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL. **¿ES CORRECTO?**
4.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	POR DOCUMENTO EN ORIGINAL SE ENTIENDE QUE PUEDE SER EL ELECTRÓNICO CON LA CADENA DIGITAL, DEBIDO A QUE MUCHA INFORMACIÓN SE GENERA MEDIANTE EL PORTAL ELECTRONICO DE DIVERSAS INSTITUCIONES. **¿ES CORRECTO?**
5.	4.7.1.5. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS DE PRESENTAR 3 CONTRATOS DONDE EL OBJETO SEA EL DE ESTA LICITACIÓN Y QUE NO EXCEDA UN PERIODO DEL 2019 AL 2021 Y BASTARÁ CON QUE AL MENOS SE INCLUYA UNO DE LOS TRES GRUPOS TERAPEÚTICOS (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA) **¿ES CORRECTO?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
6.	BASES EN GENERAL	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE UN ANEXO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, NOS PERMITA PRESENTAR DICHO ANEXO CON LA LEYENDA DE NO APLICA. **¿SE ACEPTA?**
7.	4.6. ESCRITOS Y MANFIESTOS EN ORIGINAL	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN QUE FORMATOS O ANEXOS DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. **FAVOR DE ACLARAR**
8.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO K)	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO, SOLO SE DEBE DE PRESENTAR LA RELACIÓN DE PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. **¿ES CORRECTO?**
9.	4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA NOTA ÚLTIMO PARRAFO	ENTENDEMOS QUE NO SERÁ IMPEDIMENTO SEGÚN ESTE INCISO QUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO SEA A TRAVÉS DE UNA EMPRESA QUE TIENE LA CONTRATACIÓN DE ESTE, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE PERTENECEN A UN MISMO GRUPO Y QUE LOS SOCIOS DE AMBAS SON LOS MISMOS, QUE CUENTAN CON UN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENTRE AMBAS Y PRESENTANDO TAMBIÉN EL CUMPLIMIENTO POSITIVO ANTE EL IMSS, INFONAVIT Y SAT DE AMBAS Y VAN EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA. **¿SE ACEPTA?**
10.	4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON LAS NORMAS ENLISTADAS. **¿SE ACEPTA?**
11.	4.7.1.7. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCENTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN INGENIERIO POR CADA GRUPO TERAPÉUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA). **¿SE ACEPTA?**
12.	4.7.1.8. EXPERIENCIA TÉCNICOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCENTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN TÉCNICO POR CADA GRUPO TERAPÉUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA). **¿SE ACEPTA?**
13.	4.7.1.9. EXPERIENCIA DE COORDINADORES DE TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCENTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN COORDINADAR DE TÉCNICOS Y SUPERVISOR POR CADA GRUPO TERAPÉUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA). **¿SE ACEPTA?**
14.	4.7.1.12. SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE GESTIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCENTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN INGENIERO Y/O DESARROLLADOR DE SOFTWARE. **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
15.	4.7.1. INCISO H) EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO PERMITA PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA DEL SECTOR GOBIERNO Y/O DEL SECTOR PRIVADO OTORGADA A MI REPRESENTADA Y DONDE SE HAYA PRESTADO EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. **¿SE ACEPTA?**
16.	4.7.1. INCISO I) EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS EN MÍNIMA INVASIÓN	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS QUINCE TÉCNICOS ADEMAS DE UN SUPERVISOR DE LAPAROSCOPIA QUE PODRÁN SER ENTRE LICENCIADOS Y/O TÉCNICOS EN ENFERMERÍA. **¿ES CORRECTO?**
17.	4.5. INCISOS J Y K 4.6. INCISOS C Y H.	LOS ESCRITOS Y REFERENCIAS A QUE HACEN REFERENCIA EN ESTOS INCISOS SE DEBERÁ PRESENTAR POR CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN DE MANERA CONJUNTA QUE APORTEN PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. POR ENDE, NO LE APLICARÍA EL ÚLTIMO PARRAFO DEL NUMERAL 4.5. **¿ES CORRECTO?**
18.	4.5. INCISOS I	PARA EL CASO DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO SE ACEPTA ENTREGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO Y COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DEL ARRENDADOR DEL INMUEBLE, TODA VEZ QUE ESTÁN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LOS SERVICIOS DE TELÉFONO Y LUZ. **¿ES CORRECTO?**
19.	4.7.1.5 4.7.1.7 4.7.1.8	EN LOS REFERIDOS NUMERALES HACEN REFERENCIAS A CONTRATOS, EXPERIENCIA DE INGENIEROS DE SERVICIOS Y TÉCNICOS POR CADA GRUPO TERAPEUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCPIA Y UROLOGÍA PEDIATRICA), SIN EMBARGO, EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y CON LOS QUE SE CUENTA DENTRO DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA ESTÁ INMERSO EL SERVICIO DE UROLOGÍA PEDIATRICA Y NO HAY UNO ESPECIFICO PARA ESA ESPECIALIDAD **FAVOR DE ACLARAR**
20.	ANEXO 20	MONTO MÍNIMO A EJERCER CON I.V.A. INCLUIDO $ 1,834,721.12 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 12/100 M.N.) MONTO MÁXIMO A EJERCER CON I.V.A. INCLUIDO $ 18,347,211.48 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 48/100 M.N.) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE LAS SUBPARTIDAS 2 Y 3 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, YA QUE CON EL PRESUPUESTO SEÑALADO PARA EJERCER ÚNICAMENTE SE DA SUFICIENCIA A LA SUBPARTIDA 1, MISMA QUE A COSTOS DE LA LICITACIÓN ANTERIOR SE EJERCE MENSUALMENTE 3 MILLONES DE PESOS EN PROMEDIO, ES DECIR EN 8 MESES SE ESTARÍAN EJERCIENDO 24 MILLONES DE PESOS, RAZÓN POR LO CUAL NO ALCANZAN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS POR LA CONVOCANTE. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE NO HA LLEVADO A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA Y POR ENDE NO TIENE REFERENCIAS HISTÓRICAS Y ACTUALES DE LOS COSTOS REALES DEL MERCADO, Y DE ACUERDO AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS LA FACTURACIÓN PROMEDIO DE ESTE SERVICIO SERÍA DE 2.8. MILLONES DE PESOS MENSUALES, Y 80 MENSUALES DEL SERVICIO DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA. POR ENDE LA SUMA DE TODOS LOS CONCEPTOS SUMARÍA ENTRE 50 Y 60 MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE, POR LO QUE EL PRESUPUESTO DE LA CONVOCANTE ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS 3 SUBPARTIDAS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		SE ACEPTA LA CANCELACIÓN O DECLARCR DESIERTA LAS SUBPARTIDAS 2 Y 3 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL POR PRECIO NO CONVENIENTE. **¿SE ACEPTA?**
21.	**4.6. ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL** **PARTICIPACIÓN CONJUNTA**	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, BASTARÁ CON QUE AL MENOS UN INTEGRANTE PRESENTE LAS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL INCISO A), DEL PRESENTE PUNTO. **¿SE ACEPTA?**
22.	**4.7.1.11. SOPORTE TÉCNICO**	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA RUTINA DE MANTENIMIENTO Y EL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLO DEBE PRESENTARLO EL LICITANTE ADJUDICADO, TAL Y COMO SE MENCIONA EN EL PREÁMBULO DE DICHO NUMERAL O SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE. **FAVOR DE ACLARAR**
23.	**Punto 4.7.1.3**	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA QUE LA CONSTANCIA DE LOS INGENIEROS A PRESENTAR VAYA ACORDE AL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PROPONEMOS. ¿SE ACEPTA?
24.	**1.3.11 Punto 7**	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LAS (CUANTAS) ÁREAS USUARIAS REQUERIRÁN DE LICENCIA PARA INGRESAR AL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. (QUE NOS RESPONDA QUE SON SÓLO 3) ¿SE ACEPTA?
25.	**1.3.11 Punto 13**	DEBEMOS ENTENDER QUE EL FLUJO DE TRABAJO AL QUE MENCIONA ES EN RELACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FAVOR DE ACLARAR
26.	**1.3.11 Punto 18.5**	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MOSTRAR LA EDAD DEL PACIENTE, EN VEZ DE SU FECHA DE NACIMIENTO. ¿SE ACEPTA?
27.	**1.3.11 Punto 29**	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO IRÁN ACORDE AL NÚMERO DE ÁREAS USUARIAS CON LICENCIAS PARA ACCEDER AL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FAVOR DE ACLARAR
28.	6.21	**DEBERÁ PERMITIR LA EDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS CATÁLOGOS.** ¿ESTOS CATÁLOGOS LOS EDITA SEDESA O NOSOTROS?
29.	**6.22**	**DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD DE GENERAR CATÁLOGOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE SEDESA Y LA UNIDAD MÉDICA.** LOS GENERAMOS NOSOTROS ESTOS CATÁLOGOS. ¿LO QUIERE GENERAR SEDESA?
30.	**9.29.1.3**	**CON LECTOR DE DISCOS** ESTA TECNOLOGÍA YA CASI NO SE USA. ¿SE PUEDE QUITAR ESTE REQUERIMIENTO?
31.	**9.29.1.3**	DE NO SER ASÍ. ¿DE QUÉ VELOCIDAD SE NECESITA EL LECTOR DE DISCOS O GRABADOR?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
32.	DICE: INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. EQUIPOS MEDICOS. PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL DEBERA...	PREGUNTA: DEBIDO A QUE PARA EL SERVICIO SE PUEDE OFERTAR EQUIPO NUEVO Y ESTE NO HA SIDO ADQUIRIDO POR LO TAL AÚN NO SE CUENTAN CON EL CERTIFICADO DONDE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, Y SE TENDRÁ HASTA QUE EL EQUIPO SEA ADQUIRIDO. POR ESTO SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE DIGA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN CON FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
33.	DICE: INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN. Y 4.6. G.	PREGUNTA: EL ARTICULO 30 TRATA SOBRE "BIENES A ADQUIRIR" Y EN ESTE EVENTO SE ESTÁ LICITANDO UN "SERVICIO" POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y ACCESORIOS DE ORIGEN EXTRANJERO SIEMPRE QUE EL LICITANTE SEA DE ORIGEN NACIONAL. ESTO DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA EN ESTE SERVICIO ÚNICAMENTE ES CUMPLIDA POR MARCAS EXTRANJERAS LAS CUALES SON GOLD ESTÁNDAR EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA?
34.	DICE: 4.1 MUESTRAS. NOTA: LAS MUESTRAS E LOS EQUIPOS Y BIENES PROPUESTOS DEBEN SER COMPATIBLES.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LA MUESTRA FÍSICA ÚNICAMENTE SE DEBERÁN PRESENTAR LOS INSUMOS DESCRITOS EN LA TABLA DE LA PÁGINA 12 DE 114 ITEM DEL 1 AL 20 Y DEL ANEXO 1.9 ASEGURANDO QUE ESTOS SERÁN COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS A OFERTAR. ¿ES CORRECTO?
35.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO... U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO E LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR LOS CATÁLOGOS, MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO ÚNICAMENTE EN FORMATO DIGITAL USB CON EL FIN DE NO AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE CON IMPRESIONES QUE PUEDEN SER CONSULTADAS Y REVISADAS EN FORMATO DIGITAL, Y LAS FICHAS DE LOS EQUIPOS SE ENTREGUEN EN AMBOS MEDIOS ¿SE ACEPTA?
36.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO DE LAS HOJAS UTILIZADAS PARA REALIZAR EL REFERENCIADO/MARCAJE DE LAS FICHAS/CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, SIEMPRE QUE SE ENTREGUEN LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
37.	DICE: 4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES. B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD:	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO APLICA ÚNICAMENTE PARA LOS INSUMOS A OFERTAR, ¿ES CORRECTO?
38.	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA ÚNICAMENTE POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTO?
39.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O FILIAL EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?
40.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO EN ORIGINAL O COPIA COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGAR LA ORIGINAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EN LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?
41.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. TODAS LAS CARTAS DE INSUMOS Y SOFTWARE DE APOYO DEBERÁN CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL.	PREGUNTA: ALGUNAS EMPRESAS NO CUENTAN CON SELLO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE REQUERIMIENTO NO SEA OBLIGATORIO SIEMPRE QUE SE ENTREGUE UNA CARTA MANIFESTANDO QUE NO CUENTAN CON SELLO PROPIO. ¿SE ACEPTA?
42.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO... U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO E LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO	PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR MÚLTIPLES OPCIONES TECNOLÓGICAS A LOS USUARIOS Y ASÍ BRINDAR MÁS BENEFICIOS A LOS HOSPITALES QUE CONTARAN CON EL SERVICIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR HASTA 2 MARCAS DIFERENTES PARA LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL ANEXO 1.3, SIEMPRE QUE SE ASEGURE LA ENTREGA DE INSUMOS COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS OFERTAR. ¿SE ACEPTA?
43.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
44.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?
45.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?
46.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?
47.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2. ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE 3 CHIPS POR 3CCD LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. ¿SE ACEPTA?
48.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SALIDA DE SEÑAL 1080p, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
49.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?
50.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ, EL CUAL ES FUNCIONAL AL RANGO QUE SOLICITAN ¿SE ACEPTA?
51.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?
52.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 4. GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN DE 4.5 A 5.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UNA GUÍA DE LUZ DE DIÁMETRO DE 4.25 MM DEL HAZ DE LUZ, YA QUE EL USO DE ESTA MEDIDA NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
53.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO COMO OPCIONAL, DEBIDO A QUE AL SER TECNOLOGÍA LED NO REQUIERE UN TIEMPO DE ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO, ADEMÁS DE QUE CUENTA CON REFRIGERACIÓN POR AIRE A PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
54.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.5 CON SISTEMA DE ALARMA O INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA SE REFIERE A LOS INDICADORES DE PRESIÓN DE CAVIDAD, DE PRESIÓN AJUSTADA, DE ENCENDIDO, DE CAUDAL AJUSTADO/REAL, DE VOLUMEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
55.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE A LA INDICACIÓN DEL MODO DE EVACUACIÓN DE HUMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
56.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?
57.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL PROCESADOR DE LA TORRE, YA QUE EL CABEZAL ENDOCÁMARA SE CONECTA A ESTE EQUIPO Y NO DIRECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA?
58.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	DEBIDO A QUE LA LUZ LED ES UNA TECNOLOGÍA QUE NO GENERA CALOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO NO SE DEBA DEMOSTRAR OBLIGATORIAMENTE YA QUE ES IMPLICITO QUE AL OFERTAR LUZ LED SE CUMPLE CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
59.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 4. PANTALLA LCD TFC TÁCTIL A COLOR O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR. **¿Se acepta?**
60.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR OXÍMETRO DE PULSO CON BATERÍA DE RESPALDO CON AL MENOS 8 HORAS DE DURACIÓN. ¿SE ACEPTA?
61.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA BATERÍA DE RESPALDO CON TIEMPO DE CARGA DE DOS HORAS POR CADA HORA DE USO, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ADEMÁS, QUE NUESTROS TÉCNICOS ESTARÁN A CARGO DEL CUIDADO DEL EQUIPO EN TODO MOMENTO. ¿SE ACEPTA?
62.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
63.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA ENTENDEMOS QUE UNICAMENTE SE DEBERÁN REFERENCIAR Y ENTREGAR LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR LOS ACCESORIOS DEL PUNTO 4 PUES NO ES OBLIGATORIO OFERTAR UN EQUIPO CON ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?
64.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?
65.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
66.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
67.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?
68.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?
69.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE 3 CHIPS POR 3CCD. ¿SE ACEPTA?
70.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SALIDA DE SEÑAL 1080p, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?
71.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
72.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?
73.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 4 GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN DE 4.5 A 5.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UNA GUÍA DE LUZ DE DIÁMETRO DE 4.25 MM DEL HAZ DE LUZ, YA QUE EL USO DE ESTA MEDIDA NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
74.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO COMO OPCIONAL, DEBIDO A QUE AL SER TECNOLOGÍA LED NO REQUIERE UN TIEMPO DE ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO, ADEMÁS DE QUE CUENTA CON REFRIGERACIÓN POR AIRE A PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?
75.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.5 CON SISTEMA DE ALARMA O INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA SE REFIERE A LOS INDICADORES DE PRESIÓN DE CAVIDAD, DE PRESIÓN AJUSTADA, DE ENCENDIDO, DE CAUDAL AJUSTADO/REAL, DE VOLUMEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
76.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE A LA INDICACIÓN DEL MODO DE EVACUACIÓN DE HUMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
77.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?
78.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL PROCESADOR DE LA TORRE, YA QUE EL CABEZAL ENDOCÁMARA SE CONECTA A ESTE EQUIPO Y NO DIRECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA?
79.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	DEBIDO A QUE LA LUZ LED ES UNA TECNOLOGÍA QUE NO GENERA CALOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO NO SE DEBA DEMOSTRAR OBLIGATORIAMENTE YA QUE ES IMPLICITO QUE AL OFERTAR LUZ LED SE CUMPLE CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?
80.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA E) EQUIPO PARA LITOTRICIA LÁSER, DESCRIPCIÓN:	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES, ADEMÁS DE CONTAR CON UN NUMERO NO SIGNIFICANTE DE CIRUGIAS A USAR CON ESTE EQUIPO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LITOTRICIA NEUMÁTICO SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?
81.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
82.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA ENTENDEMOS QUE UNICAMENTE SE DEBERÁN REFERENCIAR Y ENTREGAR LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR LOS ACCESORIOS DEL PUNTO 4 PUES NO ES OBLIGATORIO OFERTAR UN EQUIPO CON ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?
83.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 3. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS ULTRASÓNICOS QUE VIBRAN DESDE UNA FRECUENCIA 47 KHZ, CON ACTIVACIÓN MANUAL Y CON CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
84.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 3. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS ULTRASÓNICOS QUE VIBRAN DESDE UNA FRECUENCIA 47 KHZ, CON ACTIVACIÓN MANUAL Y CON CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
85.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL PRESENTE NUMERAL, LA CONVOCANTE NOS DA LIBERTAD DE OFRECER UN SOLO EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA, YA SEA DE ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA Y POR LO TANTO SÓLO OFERTAR EL INSTRUMENTAL COMPATIBLE PARA EL EQUIPO, OMITIENDO UNO DE LOS NUMERALES 3 Ó 4 DEL PRESENTE INCISO B). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
86.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 11. CARRO PORTA EQUIPO	PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE OMITA YA QUE EN EL PUNTO 8 DE LA MISMA FICHA YA SE SOLICITA UN CARRO PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?
87.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 4. CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENUNCIADO QUIERE DECIR: CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÁXIMA DE 120 WATTS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
88.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 6. INDICADORES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL INDICADOR EN PANTALLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
89.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL PRESENTE NUMERAL, LA CONVOCANTE NOS DA LIBERTAD DE OFRECER UN SOLO EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA, YA SEA DE ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA Y POR LO TANTO SÓLO OFERTAR EL INSTRUMENTAL COMPATIBLE PARA EL EQUIPO, OMITIENDO UNO DE LOS NUMERALES 3 Ó 4 DEL PRESENTE INCISO B). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
90.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 4. CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENUNCIADO QUIERE DECIR: CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÁXIMA DE 120 WATTS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
91.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 6. INDICADORES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL INDICADOR EN PANTALLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
92.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA CARRO DE TRANSPORTE 22. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OMITIR REFERENCIAR LA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG YA QUE SE ENTIENDE QUE TODOS LOS CARROS QUE ESTAN DISEÑADOS PARA EL TRANSPORTE DE TORRES DE ENDOSCOPIA CUMPLEN CON ESTA CARACTERISTICA Y POR LO MISMO NO SE EXPRESA EN LOS MANUALES NI CATALOGOS DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
93.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR. 30. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
94.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 10. CARRO PORTA EQUIPO, POR CADA EQUIPO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE OMITA YA QUE EN EL PUNTO 8 DE LA MISMA FICHA YA SE SOLICITA UN CARRO PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?
95.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2. 6.8. CON FILTRO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A UN COMPONENTE DEL SISTEMA, ¿ES CORRECTO?
96.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2. 6.8. CON FILTRO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A UN COMPONENTE DEL SISTEMA, ¿ES CORRECTO?
97.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 28. ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLES CON RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO,C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
98.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 28. ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLES CON RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?
99.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 30. RESOLUCION MINIMA DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
100.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 31. COMPATIBLE CON TODOS LOS EQUIPOS OFERTADOS	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN QUE TODOS LOS EQUIPOS SON DE LA MISMA MARCA Y COMPATIBLES ENTRE ELLOS. ¿SE ACEPTA?
101.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 32. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?
102.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA CARRO DE TRANSPORTE 22. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ENTREPAÑOS SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE SERÁ FUNCIONAL CON LA TORRE A OTORGAR. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
103.	DICE: "4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL [...] DE LOS EQUIPOS MÉDICOS: SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NO. DE SERIE."	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE MÁXIMO CINCO AÑOS DE FABRICACIÓN, SIEMPRE QUE ESTOS SE ENCUENTREN 100% FUNCIONALES, CON LAS BITACORAS DE SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, ADEMÁS QUE EL LICITANTE SE COMPROMETE A CONTAR CON EQUIPOS SEGUROS PARA LOS USUARIO Y DERECHOHABIENTES DE LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA?
104.	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS:	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE POR "EQUIPO MEDICO" SE REFIERE A TODOS AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTO?
105.	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. A. PARA LOS INSUMOS	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE UNICAMENTE SE REQUIERE PARA LOS INSUMOS OFERTADOS, ASÍ COMO PARA EL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ¿ES CORRECTO?
106.	DICE: ANEXO 1.11 RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN ESTA LISTA UNICAMENTE SE DEBERÁN RELACIONAR LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS PARA SU USO Y NO EL MOBILIARIO Y OTROS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA NO LO REQUIERAN. ¿ES CORRECTO?
107.	DICE: "4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL [...] DE LOS EQUIPOS MÉDICOS: SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NO. DE SERIE."	PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS QUE ENTREGARA MI REPRESENTADA SERÁN NUEVOS ES IMPOSIBLE CONTAR CON LOS DATOS SOLICITADOS EN EL PUNTO MENCIONADO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPO NUEVO LOS DATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO PODRÁN SER ENTREGADOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
108.	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL [...] DE LOS EQUIPOS MÉDICOS: SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NO. DE SERIE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCARTE QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPO NUEVO PERMITA ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE INDIQUE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR SERÁN DE NUEVA FABRICACIÓN POR LO CUAL AÚN NO SE CUENTA CON AÑOS DE FABRICACIÓN Y NO. DE SERIE, PERMITIENDO ENTREGAR ESTOS DOS DATOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA?
109.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA E) EQUIPO PARA LITOTRICIA LÁSER, DESCRIPCIÓN:	PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y SEGÚN EL NUMERO DE CIRUGIAS QUE SE PRETENDER REALIZAR SEGÚN LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN LAS PRESENTES BASES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR EQUIPO LITOTRIPTOR NEUMATICO, INVASIVO PARA LA FRAGMENTACIÓN DE LOS CALCULOS EN VEJIGA, URÉTER Y RIÑON. ¿SE ACEPTA?
110.	DICE: DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA PROCESADOR DE IMÁGENES 36. P IN P (PICTURE IN PICTURE)	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL PROCESADOR. ¿SE ACEPTA?
111.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA G) CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 7.5 FR CANAL RECTO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO DESCRIPCIÓN:	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CISTOSCOPIO SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?
112.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO DESCRIPCIÓN:	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR URETEROSCOPIO SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
113.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTA PARTIDA AL NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO PARA SU USO BASTARA CON PRESENTAR CATALOGOS/MANUALES PARA COMPROBAR SU FUNCIONES Y CARACTERISTICAS PARA LA PROPUESTA ¿ES CORRECTO?
114.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR REPROCESADORA AUTOMÁTICA SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE CUMPLA LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?
115.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA DEL SERVICIO INTEGRAL, SOLICITAMOS QUE ESTE EQUIPO PUEDA SER OFERTADO DE MANERA OPCIONAL, ESTO ADEMÁS DE QUE EL PERSONAL TECNICO A CARGO DE BRINDAR EL SERVICIO SE OCUPARA DEL REPROCESAMIENTO DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO. ¿SE ACEPTA?
116.	DICE: ANEXO 19.1.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LOS EQUIPOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO EN LAS CASILLAS DE LA TABLA MARCADAS COMO "REGISTRO SANITARIO VIGENCIA, CERTIFICADO DE CALIDAD. VIGENCIA" SE PODRÁ PONER "NO APLICA" ¿ES CORRECTO?
117.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA 122. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA EL FLUJO DE GAS ARGÓN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPLAY DE LA INFORMACIÓN SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?
118.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA ACCESORIOS PARA EQUIPO 126. CÁNULA ENDOSCÓPICA DE APLICACIÓN DE ARGÍON DE LONGITUD PARA COLONOSCOPIA.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE LA MEDIDA DE CÁNUCA REQUERIDA. FAVOR DE ACLARAR.
119.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 50. LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 12V, 35W	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE OFERTAR LUZ LED ESTE PUNTO SE OFERTE DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
120.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA FUENTE DE ILUMINACIÓN 50. LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 12V, 35W	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE EMERGENCIA SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE YA QUE ESTE ESTA DESTINADA A SER UTILIZADA UNICAMENTE EN CASOS IMPREVISTOS Y NO EN PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, POR LO QUE NO TIENE IMPACTO EN LA CALIDAD Y ATENCIÓN BRINDADA AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?
121.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA FUENTE DE ILUMINACIÓN 58. VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA MÍNIMO 6 AÑOS	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFRECER UNA LÁMPARA CON VIDA ÚTIL DE 500 HORAS DE USO CONTINUO COMO MÍNIMO, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO, ADEMÁS EN CASO DE QUE SE NECESITE REMPLAZAR LA LÁMPARA ESTO CORRE A CUENTA DEL LICITANTE ADJUDICADO Y NO REPRESENTARA CARGO ALGUNO A LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA?
122.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA PROCESADOR DE IMÁGENES 47. CON CROMOENDOSCOPIA DIGITAL DE IMAGEN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO SEGÚN NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?
123.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA PROCESADOR DE IMÁGENES 48. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120. 50/60HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?
124.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA FUENTE DE ILUMINACIÓN 49. FUENTE DE LUZ DE XENON 300 WATTS COMO MÍNIMO O LUZ LED DE 1300 LM	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER FUENTE DE LUZ LED DE HASTA 5,64 W (EQUIVALENTE A UNA FUENTE DE LUZ XENÓN 300 W), YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
125.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCÓPICA 63. TASA DE FLUJO DE 0 A 500 ML/MIN COMO MINIMO 64. TASA DE FLUJO PARA BIOPSIA 0-600MI/MIN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCÓPICA SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN CLINICA PARA LA QUE FUE DISEÑADA EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
126.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO 71. PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN DE 2MM A 100MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO CON PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 5-100MM. ¿SE ACEPTA?
127.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO 72. DIÁMETRO ESTERIOR DEL TUBO DE INSERCION DE 9.0 A 9.3 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCION DE 9.9 MM. ¿SE ACEPTA?
128.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2. ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE CAMARA CMOS DE 1/3 LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. ¿SE ACEPTA?
129.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA VIDEODUODENOSCOPIO 82. CANAL DE TRABAJO CON UN DIÁMETRO DE 4,2 MM O MAYOR	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL DIÁMETRO INTERIOR DEL CANAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
130.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA VIDEOCOLONOSCOPIO 105. PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 2MM A 100 MM Y CERCA DE 2 A 6 MM COMO MÍNIMO	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO CON PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 5-100MM DE CERCA DE 2-6 MM COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?
131.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS NO REPRESENTAN RIESGO ALGUNO PARA LOS PACIENTES NI TIENEN CONTACTO CON ELLOS, ADEMÁS DE NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO PARA SU USO Y QUE SERÁN UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA DEL INTEGRADOR ADJUDICADO PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR UNICAMENTE LOS MANUALES Y CATALGOS DE LAS REPROCESADORAS A UTILIZAR EN EL SERVICIO, ¿SE ACEPTA?
132.	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO...	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNA ESPECIFICACIÓN TECNICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE NO SE EXPRESE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE PERMITAN REFERENCIAR IMÁGENES, DIAGRAMAS O PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE EXPRESE QUE LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?
133.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE CAMARA CMOS DE 1/3 LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. ¿SE ACEPTA?
134.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
135.	DICE: "1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPO MÉDICO POR UNIDAD MÉDICA Y TABLA DEL PUNTO 4.2 PARA LAS VISITAS DEL GRUPO TERAPEÚTICO II. ENDOSCOPIA, SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES ÁREAS Y/O SERVICIOS PARA LA COLOCACIÓN DE LA REPROCESADORA"	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE, NOS ACLARE SI EXISTE UN ERROR EN LA SUMA DE REPROCESADORAS, DEBIDO A QUE DENTRO DE LA TABLA DEL 4.2 VIENEN ESPECIFICADAS 11 UBICACIONES, PERO LA CONVOCANTE ÚNICAMENTE SOLICITA 9 REPROCESADORAS EN EL PUNTO 1.2.4. FAVOR DE ACLARAR.
136.	DICE: "ANEXO 1.3, 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, CONSUMIBLES (LOS CONSUMIBLES DEBERÁN INCLUIRSE CADA VEZ QUE SEA NECESARIO), ALIMENTACION: 110 A 120 V, 50/60 HZ"	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO NO SE DEBERÁ REFERENCIAR, DEBIDO A QUE CADA EQUIPO CONTIENE SU CARACTERÍSTICA DE ALIMENTACIÓN, ADEMÁS DE QUE NO CUENTA CON UN NUMERAL Y UNA SECCIÓN ESPECÍFICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
137.	DICE: "ANEXO 1.3, 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO DE LAPAROSCOPÍA, A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA, 3. PROCESADOR DE VIDEO/UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA. 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO."	PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR LA SALIDA DE VIDEO COMPATIBLE CON RGB DE MANERA OPCIONAL, YA QUE AL SER UNA TECNOLOGÍA OBSOLETA, MUCHOS EQUIPOS YA NO CUENTAN CON ESTA CARACTERÍSTICA, Y, A SU VEZ CUENTAN CON SALIDA DE VIDEO COMPUESTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
138.	DICE: "ANEXO 1.3, 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO DE LAPAROSCOPÍA, A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA, 6. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2, 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS."	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE AL NIVEL DE GAS EN LA BOTELLA. FAVOR DE ACLARAR.
139.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, PROCESADOR DE IMAGENES, 46. PANTALLA TÁCTIL.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER UN PROCESADOR DE IMÁGENES CON BOTONES DE MEMBRANA, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DELIMITA EN ABSOLUTO EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
140.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, VIDEOGASTROSCOPIO, 68. DE ALTA DEFINICIÓN	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
141.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, VIDEODUODENOSCOPIO, 83. DE ALTA DEFINICIÓN	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
142.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIO, 98. DE ALTA DEFINICIÓN	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
143.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA, 114. EQUIPO CONTROLADO POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 2 BIPOLARES.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CONTROLADO POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 1 BIPOLAR, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA. ¿SE ACEPTA?
144.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, SISTEMA DE GENERACIÓN REPORTE, CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO ENDOSCÓPICO, 152. FORMATO DE GRABACIÓN DE AUDIO AC-3/AAC LC.	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, PERMITA RETIRAR ESTE PUNTO DE LA PROPUESTA, YA QUE PARA ENDOSCOPÍA NO ES NECESARIO CONTAR CON UN FORMATO DE GRABACIÓN DE AUDIO Y SOLO ENCARECERÍA LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?
145.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, SISTEMA DE GENERACIÓN REPORTE, CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO ENDOSCÓPICO, 153. FORMATO DE GRABACIÓN DE ARCHIVOS C3/AAC1C.	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, PERMITA RETIRAR ESTE PUNTO DE LA PROPUESTO, YA QUE PARA ENDOSCOPÍA NO ES NECESARIO CONTAR CON UN FORMATO DE ARCHIVOS DE AUDIO Y SOLO ENCARECERÍA LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
146.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, SISTEMA DE GENERACIÓN REPORTE, CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO ENDOSCÓPICO, 132. GRABACIÓN DE VIDEO EN DISCO DURO DEL CPU Y EXTERNO (IMPORTACIÓN A CD, DVD, USB Y RED).	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON IMPORTACIÓN A RED SE REFIEREN A GUARDAR EN UNA CARPETA COMPARTIDA VIDEOS E INFORMES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
147.	DICEL: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, SISTEMA DE GENERACIÓN REPORTE, CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO ENDOSCÓPICO, 144. EXPORTAR INFORMES EN PDF Y EXCEL.	PREGUNTA: SUPONEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A EXPORTAR EL REPORTE DE ENDOSCOPÍA EN FORMATO PDF Y EL INFORME ESTADÍSTICO EN EXCEL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
148.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA, 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2, 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE AL NIVEL DE GAS EN LA BOTELLA. FAVOR DE ACLARAR.
149.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, SE NOS PERMITA OFERTAR UN URETERRENOSCOPIO PEDIÁTRICO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON PUNTA DISTAL REDONDEADA DE 7.3 CHARR., VAINA CÓNICA DE 7.3 CHARR., CON CANAL DE TRABAJO DE 3.6 CHARR, PARA UTILIZAR CON INSTRUMENTOS DE HASTA 3 CHARR., CON SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA Y DIRECCIÓN VISUAL DE 6°. LONGITUD ÚTIL: 25 CM. ¿SE ACEPTA?
150.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA ENDOSCOPIOS, 10. INCLUIR SOPORTE A PARED PARA LOS ENDOSCOPIOS EN EL AREA DE LAVADO CON SOSTEN EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA EVITAR DAÑO EN LA PUNTA DISTAL DE LOS MISMOS, ASÍ COMO	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITAN PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE AFIRME QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, REALIZAREMOS LA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE PARED PARA LOS ENDOSCOPIOS EN EL ÁREA DE LAVADO, YA QUE NO ES UN EQUIPO MÉDICO O INSUMO QUE SE PUEDA REFERENCIAR. ¿SE ACEPTA?

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
	LOS CAPUCHONES PARA PROTEGERLOS.	
151.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA ENDOSCOPIOS, 2. CON AL MENOS 3 CICLOS, UNO DE ELLOS MANUAL.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REPROCESADORA CON 3 CICLOS (PROGRAMAS) AUTOMÁTICOS, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?
152.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA ENDOSCOPIOS, 8. SISTEMA DE FILTRADO DE DESINFECTANTE Y AIRE.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL FILTRADO DE DESINFECTANTE PUEDE SER UN ERROR DE LA FICHA PRESENTADA POR LA CONVOCANTE, YA QUE LOS DESINFECTANTES NO CONTIENEN ELEMENTOS PARA SOLIDIFICARSE Y NO PERMITIR EL PASO POR LA BOMBA DE DOSIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
153.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA ENDOSCOPIOS, 8. SISTEMA DE FILTRADO DE DESINFECTANTE Y AIRE.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "SISTEMA DE FILTRADO DE AIRE Y AGUA". ¿SE ACEPTA?
154.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA ENDOSCOPIOS, 2. CON AL MENOS 3 CICLOS, UNO DE ELLOS MANUAL.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR REPROCESADORA PARA ENDOSCOPIOS CON CAPACIDAD DE REPROCESAR 1 ENDOSCOPIO, TODA VEZ QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIÓN DEL EQUIPO Y SOLO ENCARECE LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?
155.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO. 4. CANAL DE TRABAJO OVALADO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CANAL DE TRABAJO SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESO NO DEMERITA EL USO DE ESTE SIEMPRE QUE SEA COMPATIBLE CON LA TORRE DE LAPAROSCOPIA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?
156.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, .F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO. 5. PARA INSTRUMENTOS DE 4 CHARR.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE BASTARA CON DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO ES ESCALONADO DE 4.5/6.5 CHARR/FR. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
157.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO. 6. CON LLAVE AUTOMÁTICA PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL YA QUE SE ENTIENDE QUE CADA URETEROSCOPIO ES CAPAZ DE INTRODUCIÓN LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR DE FORMA SEGURA. ¿SE ACEPTA?
158.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, G) CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 7.5FR CANAL RECTO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIATRICO IZTACALCO. 1. SISTEMA ÓPTICO RÍGIDO DE 7.5 FR.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMO ÓPTICO RÍGIDO DE 4.5/6.5 Fr, EL CUAL ES SEGURO Y APTO PARA PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA PEDIATRICA. ¿SE ACEPTA?
159.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARITICIPACIÓN DE MARCAS DIFERENTES A LAS EXPRESADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?
160.	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, G) CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 7.5FR CANAL RECTO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIATRICO IZTACALCO	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO, SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARITICIPACIÓN DE MARCAS DIFERENTES A LAS EXPRESADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?
161.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA. E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 4. PANTALLA LCD TFC TÁCTIL A COLOR O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANE PERMITA OFERTAR PANTALLA LCD TÁCTIL O CON CONTROL POR BOTONES O PERILLA A COLOR O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR ¿SE ACEPTA?
162.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA. E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON BATERÍA CON DURACIÓN DE AL MENOS 5 HORAS, EL CUAL ES SUFICIENTE PARA LO QUE ES REQUERIDO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
	PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	
163.	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA. E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON BATERÍA CON TIEMPO DE CARGA SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESTE PUNTO NO TENDRÁ IMPACTO CLINICO SOBRE EL PACIENTE, ADEMÁS EL PERSONAL TÉCNICO ASISTENTE DEL SERVICIO SERÁ RESPONSABLE DE TENER EL MONITOR CON LA BATERIA TOTALMENTE CARGADA EN TODO MOMENTO. ¿SE ACEPTA?
164.	**EQUIPOS MÉDICOS**	**DICE:** LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. EL LICITANTE SE COMPROMETE A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES AÑOS. **PREGUNTA:** DERIVADO QUE SE OFERTARAN EQUIPOS NUEVOS DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRSENTAREMOS LA INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICON ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS ¿SE ACEPTA?
165.	**EQUIPOS MÉDICOS**	**DICE:** LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. EL LICITANTE SE COMPROMETE A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES AÑOS. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.3 FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS FUNCIONALES EN OPTIMAS CONDICIONES, COMO FECHA DE FABRICACION MAXIMO 5 AÑOS GARANTIZANDO EL CAMBIO DEL EQUIPO EN CASO DE FALLA, ESTO CON EL FIN DE NO ENCARECER EL SERVICO DERIVADO DE LA DURACION DEL CONTRATO ¿SE ACEPTA?
166.	**EQUIPOS MÉDICOS**	**DICE**; PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, EN LA PROPUESTA TÉCNICA. **PREGUNTA:** DERIVADO QUE SE OFERTARAN EQUIPOS NUEVOS DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRSENTAREMOS LA INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICON ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS ¿SE ACEPTA?
167.	**DEL INSTRUMENTAL:**	**DICE:**SE COMPROMETE A INSTALAR INSTRUMENTAL NUEVO O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA Y MODELO. **PREGUNTA:** DERIVADO QUE SE OFERTARA INSTRUMENTAL NUEVO O DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRSENTAREMOS LA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICION ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS ¿SE ACEPTA?
168.	**4.1 MUESTRAS**	**DICE:** EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR **MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, NO CADUCAS** DE LOS RENGLONES SEÑALADOS **PREGUNTA:** DERIVADO QUE LAS MUESTRAS SON DE CARÁCTER DEVOLUTIVO Y QUE SE ESTAN SOLICITANDO NO CADUCAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO ABRIR O DAÑAR LAS MUESTRAS O DE LO CONTRARIO SE NOS PERMITA ENTREGAR MATERIAL CADUCO QUE PERFECTAMENTE PUEDE SER ABIERTAS O MANIPULADAS POR LOS MÉDICOS QUE HARÁN LA REVISIÓN ¿SE ACEPTA?
169.	**4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA,SUBNUMERAL 4.7.1.1**	**DICE:** LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REFRENCIADOS DEL SERVICIO INTEGRAL QUE OFERTEN, DEBERÁN SER ORIGINALES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR RUBRICADOS POR QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA E IDENTIFICADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA. LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO LO SON CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO. **PREGUNTA:** DEBIDO A QUE MUCHOS MANUALES O CATÁLOGOS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS PUEDEN CONTENER HASTA ARRIBA DE 400 HOJAS, SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LA CARATULA, Y LA O LAS PAGINAS DONDE SE DESCRIBAN LAS CARACTERISITICAS OFERTADAS **¿SE ACEPTA?**
170.	**4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE**	**DICE:** EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL CARTA DE APOYO SOLIDARIO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, (CON FECHA DEL MES Y DEL AÑO DE LA LICITACIÓN) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS INSUMOS Y SOFTWARE OFERTADO, GARANTIZANDO EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIÓN QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LAS PARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DE LAS MISMAS. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EN ORIGINAL CARTA DE APOYO SOLIDARIO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN **¿SE ACEPTA?**
171.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	1.3.5 SETS DE INSTRUMENTAL **DICE:** TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM. ENTENDEMOS QUE ESTE MISMO PUNTO ES EL QUE SOLICITAN EN LA FICHA TECNICA DE INSUMOS1.3.8 "MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN CON" Y QUE NO DEBEREMOS OFERTARLO DOBLE, YA QUE ESTO GENERARIA UN MAYOR GASTO PARA LA CONVOCANTE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN
172.	1.3.5FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	**DICE: TIJERA DE GANCHO 5MM X36CM.** **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA LICITANTE: NOS PERMITA NO INCLUIR ESTE INSTRUMENTAL, YA QUE SE OFERTA ESTA MISMA CON LA DESCRIPCIÓN DE "TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE." LO CUAL GENERA SE DUPLIQUE Y GENERA UN COSTO EXTRA AL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
173.	1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	**DICE:** PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PLACA DE ELECTROCAUTERIO PARA PACIENTE DIVIDIDA 110 CM. CUADRADOS" **¿SE ACEPTA?**
174.	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA 1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	DICE: EJEMPLO 2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE. **PREGUNTA:** ENTENDEMOS QUE PARA EL INSTRUMENTAL O CONSUMIBLES QUE SE ENCUENTRAN EN UN SOLO NUMERAL DEBEREMOS RECORRER EL NUMERO O RENGLON PARA PODER OFERTAR DE UNA MEJOR MANERA ¿SE ACEPTA?
175.	1.3.8, HISTERECTOMÍA	DICE: INMOVILIZADOR UTERINO REUSABLE TRANSVAGINAL **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INMOVILIZADOR UTERINO DE UN SOLO USO ¿SE ACEPTA?
176.	1.3.8, OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL (OTB)	DICE: 8. PINZA O MANGO TIPO PISTOLA PARA SELLADO DE VASOS O TEJIDO DE 5 MM., X 30 A 35 CM DE LONGITUD, 9. PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM 36 CM. DE LONGITUD PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS PUNTOS 8 Y 9 SE REFIEREN AL MISMO PRODUCTO YA QUE GENERARIA SE DUPLIQUE Y GENERA UN COSTO EXTRA AL PROCEDIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR
177.	1.3.8. FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	DICE: 11. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN, 12. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL PUNTO 11 Y 12 YA QUE SE REFIERE A LA MISMA DESCRIPCION DEL PRODCUTO Favor de aclarar
178.	1.3.8FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA, PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINAL	DICE: MALLA DE POLIPROPILENO DE 15 A 25 CM X 15 A 25 CM. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR, MALLA DE POLIPROPILENO INGUINAL TAMAÑO 25 X 35.5 ¿SE ACEPTA?
179.	1.3.9FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: SEIS AMPULAS DE TERLIPRESINA DE 1 MG SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FAVOR DE RETIRAR ESTE PUNTO, YA QUE ES UN MEDICAMENTO QUEDA FUERA DE CONTEXTO DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ENDOSCOPIA Y CON ESTO EVITAR ENCARECER LA PROPUESTA, YA QUE LOS MEDICAMENTO SON PROPORCIONADOS POR LAS UNIDADES MEDICAS ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
180.	1.3.9FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: SEIS AMPULAS DE TERLIPRESINA DE 1 MG EN CASO DE LA NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO SOLICITAR LA CARTA DE APOYO PARA ESTE PUNTO , YA QUE LAS FARMACÉUTICAS NO NOS OTORGAN CARTAS DE APOYO PARA ESTE PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?
181.	1.3.10 1.3.10 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: ENDOBAG PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BOLSA COLECTORA DE ESPECIMEN ¿SE ACEPTA?
182.	1.3.9FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: KIT DE DILATADORES DE SAVARY-GILLIARD (4 A 6 DIAMETROS). **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CAP DE FIJACION ENDOSCÓPICA PARA DILATAR LAS ESTENOSIS 7, 8, 10, 12 ¿SE ACEPTA?
183.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL PANORÁMICA DE 30 HASTA 31 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?
184.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE. PREGUNTA: SE ENTIENDEN QUE SON DOS TIPOS DE PINZAS DIFERENTES EN EL MISMO PUNTO, LO QUE INCREMENTA EL NUMERO DE INSTRUMENTAL A OFERTAR, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
185.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE. PREGUNTA: LA CONVOCANTE SOLICITA UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO, LO CORRECTO SERÍA 5 MM X 36 **CM** DE LARGO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
186.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE. PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 33 A 36 CM DE LARGO SIN CREMALLERA, DESMONTABLE ¿SE ACEPTA?
187.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 1	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
		PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE A UNA PINZA DE 2X3 DIENTES O PINZA DE GARRA, CON CREMALLERA Y DESMONTABLE. Favor de aclarar.
188.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR. PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN ELECTRODO EN "L", DE 34 HASTA 36 CM DE LONGITUD, 5 MM DE DIÁMETRO ¿SE ACEPTA?
189.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 34 A 36 CM DE LONGITUD, 5MM DE DIÁMETRO ¿SE ACEPTA?
190.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 7. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TUBOS DE IRRIGACIÓN DE 5MM Y 10MM, QUE VAN DE 31 A 36CM Y 33 A 36 CM, RESPECTIVAMENTE ¿SE ACEPTA?
191.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 8. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APLICADOR DE CLIPS ENDOSCOPICO DE 10 MM, MANGO Y VAINA METALICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS PARA CLIPS ETHICON LT-300 ¿SE ACEPTA?
192.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 9. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM. PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL TIPO DE CABLE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA Y EL EQUIPO QUE SE ESTA OFERTANDO EN LA FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO PARA LAPAROSCOPIA ¿SE ACEPTA?
193.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 10. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, DE 10 MM, DE 32 A 36 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?
194.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 12. UNA PINZA BABCOCK DE 10MM 36 CM DE LONGITUD CON CREMALLERA DESMONTABLE. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PINZA DE BABCOCK DE 10 MM, CON CREMALLERA, DESMONTABLE Y DE 33 A 36 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
195.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 13. DOS PINZAS INTESTINALES DE 10MM 36 CM LONGITUD. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PINZA INTESTINAL DE 10 MM, DE 33 A 36 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?
196.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 4.- HISTERECTOMÍA, 13. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO; ENERGÍA DE CUALQUIER TIPO (POR EJEMPLO, LIGASURE); PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ACLARAR SI SE REFIERE AL EQUIPO DE ENERGIA QUE SE ESTA OFERTANDO EN LA FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO PARA LAPAROSCOPIA. FAVOR DE ACLARAR
197.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 4.- HISTERECTOMÍA, 14. UN SEPARADOR BABCOCK EN ABANICO; PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE, SI SE REFIERE A UN RETRACTOR EN ABANICO O UNA PINZA BABCOCK, YA QUE SE ESTAN OFERTANDO LAS MISMAS EN NUMERALES ANTERIORES DEL MISMO PROCEDIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR
198.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 4.- HISTERECTOMÍA, 15. UN PORTAAGUJAS LAPAROSCOPICO. EN EL NUMERAL 15, LA CONVOCANTE REQUIERE UN PORTAAGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO DE 5MM Y 36 CM, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
199.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 4.- HISTERECTOMÍA, 13. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO; ENERGÍA DE CUALQUIER TIPO (POR EJEMPLO, LIGASURE). PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SOLO SE REFIERE OFERTAR EL RECIPIENTE PARA ESTERILIZACION Y ALMACENAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR
200.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 8.- PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINALLAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO, 11. 1 PORTA AGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO 5MM X 36CM. NUMERAL 11, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL PORTAAGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA, DEBE SER MANGO RECTO Y DE UNA SOLA PIEZA, DESMONTABLE Y DE 31 CM A 36 CM DE LONGITUD. FAVOR DE ACLARAR
201.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 19. PLACAS Y CABLES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PREGUNTA: SE REFIERE A LA PLACA DE RETORNO DESECHABLE Y CABLE MONOPOLAR REUSABLE QUE SE ESTA REQUIRIENDO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
202.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. 9.- REFLUJO GÁSTRICO ESOFÁGICO (CIRUGÍA DE HIATO) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 12. UNA BAJA NUDOS EXTRACORPÓREO DE 5MM X 36MM. 1 RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI EL BAJANUDOS EXTRACORPOREO DEBE SER DE MANGO RECTO Y EN UNA PIEZA Y DE 33 A 36 CM DE LONGITUD. FAVOR DE ACLARAR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
203.	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. 10.- TORACOSCOPIA POR PROCEDIMIENTO, 14. UNA PINZA DE DISECCIÓN CURVA TIPO SNAKE O PUNTA DIAMANTE 29 CMS. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA PINZA DE DISECCION CURVA TIPO SNAKE O PUNTA DIAMANTE 29 CMS, SE REFIERE A UNA PINZA DE CIRUGIA GENERAL DE BAKEY DE 30 CM, O BIEN UNA PINZA HARRINGTON DE 29.5 CM. FAVOR DE ACLARAR
204.	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 1. ÓPTICA DE 3.5 MM LONGITUD ÚTIL DE 300 MM, DIRECCIÓN VISUAL DE 0° Y 30°. NUMERAL 1, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OPTICA DE 3.3 A 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 25 A 30 CM ¿SE ACEPTA?
205.	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 4. PORTA AGUJAS MODULAR RECTO, CON INSERTO DE METAL DURO, 3,5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD ÚTIL DE 310 MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "PORTAGUJAS CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, MANDÍBULAS CURVADAS A LA IZQUIERDA, MANGO RECTO, CON BLOQUEO DESCONECTABLE, TAMAÑO 3 MM, LONGITUD 36 CM" ¿SE ACEPTA?
206.	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 5. ELECTRODO DE GANCHO MONOPOLAR DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD ÚTIL DE 310 MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "ELECTRODO DE COAGULACIÓN Y DISECCIÓN, FORMA DE L, AISLADO, CON CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 36 CM ¿SE ACEPTA?
207.	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 6. PINZA DE AGARRE Y DISECCIÓN MARYLAND AMBAS MANDÍBULAS MÓVILES, MONOPOLAR, 240 MM DE LONGITUD ÚTIL Y 3.5 MM DE DIÁMETRO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN DE KELLY, GIRATORIAS, DESMONTABLES, AISLADAS, CON CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, CON CONEXIÓN DE IRRIGACIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, ABERTURA BILATERAL, LARGAS, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 20 CM" ¿SE ACEPTA?
208.	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 7. DOS TIJERAS METZENBAUM, DENTADO FINO Y CURVADO AMBAS MANDÍBULAS MÓVILES, MONOPOLAR, 420 MM DE LONGITUD ÚTIL Y 3.5 MM DE DIÁMETRO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "TIJERAS GIRATORIAS, DESMONTABLES, AISLADAS, CON CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, CON CONEXIÓN DE IRRIGACIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, ABERTURA BILATERAL, DENTADAS, CURVADAS, CÓNICAS, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 20 CM ¿SE ACEPTA?
209.	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA 8. PINZA DE AGARRE Y DISECCIÓN RECTA, AMBAS MANDÍBULAS MÓVILES, SIN ENERGÍA Y CON CREMALLERA, 240 MM DE LONGITUD ÚTIL, 3.5 MM DE DIÁMETRO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "PINZAS DE AGARRE GIRATORIAS, DESMONTABLES, SIN CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, CON CONEXIÓN DE IRRIGACIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, ABERTURA UNILATERAL, MANDÍBULAS RECTAS, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 20 CM ¿SE ACEPTA?

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
210.	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA 9. PINZA DE AGARRE ATRAUMÁTICA, FENESTRADA, AMBAS MANDÍBULAS MÓVILES, SIN ENERGÍA, CON MECANISMO DE CREMALLERA, LONGITUD ÚTIL DE 240 MM Y 3.5 MM DE DIÁMETRO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "PINZAS DE AGARRE GIRATORIAS, DESMONTABLES, SIN CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, CON CONEXIÓN DE IRRIGACIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, ABERTURA BILATERAL, ATRAUMÁTICAS, FENESTRADAS, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 20 CM ¿SE ACEPTA?
211.	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA 10. DOS PINZAS DE AGARRE ATRAUMÁTICA, DE BORDE ONDULADO FENESTRADA, AMBAS MANDÍBULAS MÓVILES, SIN ENERGÍA, CON MECANISMO DE CREMALLERA, LONGITUD ÚTIL DE 240 MM Y 3.5 MM DE DIÁMETRO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "PINZAS DE AGARRE GIRATORIAS, DESMONTABLES, SIN CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, CON CONEXIÓN DE IRRIGACIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, ABERTURA BILATERAL, ATRAUMÁTICAS, DENTADAS Y ONDULADAS, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 20 CM ¿SE ACEPTA?
212.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 20. TUBO DE AIRE COMPRIMIDO PARA SUMINISTRO CENTRALIZADO DE PRESIÓN CON CONECTOR TIPO DRÄGER. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE AL TUBO DE LITOTRIPTOR. FAVOR DE ACLARAR
213.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 11. DOS KOCHER DE 20 CM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ESTA ES UNA PINZA DE CIRUGÍA ABIERTA. FAVOR DE ACLARAR
214.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 12. DOS GRASPER DE 20 CM PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL DIÁMETRO DE LA PINZA Y EL TIPO DE CREMALLERA. FAVOR DE ACLARAR
215.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 13. DOS BACOOCK DE 20 CM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL DIÁMETRO DE LA PINZA Y EL TIPO DE CREMALLERA. FAVOR DE ACLARAR
216.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 14. DOS PINZAS DE COCODRILO 20 CM Y 15 CM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ESTA ES UNA PINZA DE CIRUGÍA ABIERTA. FAVOR DE ACLARAR
217.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA 16. DOS PINZAS EXTRACTORA DE 10 MM Y 20 MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ESTA ES PINZA PARA CIRUGÍA ABIERTA. FAVOR DE ACLARAR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
218.	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 25. PINZAS CAIMAN GUIAS HIDROFILICAS 0.018 MM PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS PINZAS CAIMAN SON PARA CIRUGIA ABIERTA Y DAR MAS ESPECIFICACIONES. FAVOR DE ACLARAR
219.	1.3.6 INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	DICE: 1.3.6 INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA COMO INSUMO DE ENDOSCOPIA, YA QUE SE DISMINUYE EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA, Y LOS PROVEEDORES OFERTAN LOS MISMOS COMO DE UN SOLO USO, ¿SE ACEPTA?
220.	1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA	DICE: 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, 113. ASAS DE POLIPECTOMÍA DE DIVERSAS MEDIDAS. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAS ASAS DE POLIPECTOMIA DE DIVERSAS MEDIDAS COMO INSUMO PARA ENDOSCOPIA Y ASI EVITAR GASTOS REPETIDOS PARA LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?
221.	1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA	DICE: 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, 78. PINZAS PARA BIOPSIA. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAS PINZAS PARA BIOPSIA COMO INSUMO PARA ENDOSCOPIA Y EVITAR GASTOS REPETIDOS PARA LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?
222.	FICHA TECNICA EQUIPO 1.3.2 1.3.9 FICHA TECNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: SPYGLASS COMPLETO PARA FRACTURA DE LITOS GRANDES QUE NO PASAN POR EL CANAL EN CASO NECESARIO Y PREVIAMENTE PROGRAMADO: SPYGLASS COMPLETO PARA FRACTURA DE LITROS GRANDES QUE NO PASAN POR EL CANAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE COMO OFERTAREMOS EL EQUIPO DE **SPYGLASS** YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE UN EQUIPO MUY COSTOSO, ARRIBA DE LOS $100,000.00 PESOS, ¿LA SEDESA TIENE VISUALIZADO EL COSTO DE ESTE EQUIPO? Y COMO SE VA A OFERTAR O COTIZAR **FAVOR DE ACLARAR**
223.	1.3.9 FICHA TECNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: UN EQUIPO HEMOSTÁTICO ENDOSCOPICO EN POLVO DE APLICACIÓN LOCAL CON DISPOSITIVO, EQUIPO COMPRESOR DE AIRE (DESECHABLE O REUSABLE) PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR, SISTEMA HEMOSTÁTICO POLISACÁRIDO ENDOCLOT PHS CONSTA DE UN DISPOSITIVO MÉDICO (DOSIFICADOR) Y. COMPRESOR DE AIRE, COMPATIBLE CON EL APLICADOR ENDOCLOT. ¿SE ACEPTA?
224.	1.3.8FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	DICE: 3.-HIDROCELECTOMÍA BILATERAL (VARICOCELE)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO. RENGLON 9. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR A QUE PRODUCTO SE REFIERE EN ESTE RENGLÓN YA QUE COLOCA TRES PRODUCTOS EN ESTE RENGLÓN (PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL) YA QUE EN EL RENGLÓN ANTERIOR YA ESTA SOLICITADO EL PAQUETE DE 6 CLIPS. FAVOR DE ACLARAR.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
225.	1.3.8FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	DICE: 3.-HIDROCELECTOMÍA BILATERAL (VARICOCELE)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO. RENGLON 9. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL PREGUNTA: EN CASO DE QUE A PREGUNTA ANTERIOR LA RESPUESTA SEA, QUE SE SOLICITA A EL BALÓN DILATADOR, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR ESTE PRODUCTO, SIN DOCUMENTACIÓN O SE OMITA DE LAS PRESENTES BASES YA QUE ES PRODUCTO EXCLUSIVO DE UNA MARCA EN EL PAÍS (MEDTRONIC) Y ESTO IMPOSIBILITA A LA PROVEEDURÍA SU DISTRIBUCIÓN POR LO TANTO EL APOYO ADEMÁS DE ENCARECER AL DOBLE EL SERVICIO A DONDE SE REQUIERE. ¿SE ACEPTA?
226.	1.3.8FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	DICE: 8.- PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINALLAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO, RENGLON 9. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR ESTE PRODUCTO, SIN DOCUMENTACIÓN O SE OMITA DE LAS PRESENTES BASES YA QUE ES PRODUCTO EXCLUSIVO DE UNA MARCA EN EL PAÍS (MEDTRONIC) Y ESTO IMPOSIBILITA A LA PROVEEDURÍA SU DISTRIBUCIÓN POR LO TANTO EL APOYO ADEMÁS DE ENCARECER AL DOBLE EL SERVICIO A DONDE SE REQUIERE. ¿SE ACEPTA?
227.	2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS MÉDICOS	DEBIDO A QUE PARA EL SERVICIO SE PUEDE OFERTAR EQUIPO NUEVO Y ESTE NO HA SIDO ADQUIRIDO POR LO TAL, AÚN NO SE CUENTA CON EL *CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO*, MISMO QUE SE OBTENDRÁ UNA VEZ QUE EL EQUIPO SEA ADQUIRIDO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE EL PARTICIPANTE SE COMPROMETA A PRESENTAR LOS CERTIFICADOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. **¿SE ACEPTA?**
228.	2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN. Y 4.6. G.	EL ARTICULO 30 TRATA SOBRE "BIENES A ADQUIRIR" Y EN ESTE EVENTO SE ESTÁ LICITANDO UN "SERVICIO" POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y ACCESORIOS DE ORIGEN EXTRANJERO SIEMPRE QUE EL LICITANTE SEA DE ORIGEN NACIONAL. ESTO DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA EN ESTE SERVICIO ÚNICAMENTE ES CUMPLIDA POR MARCAS EXTRANJERAS LAS CUALES SON GOLD ESTÁNDAR EN EL MERCADO. **¿SE ACEPTA?**
229.	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD I. REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PRESENTAR ÚNICAMENTE EL ANVERSO DE LOS REGISTROS SANITARIOS, YA QUE EL REVERSO NO CONTIENE INFORMACIÓN **¿SE ACEPTA?**
230.	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD I. REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OMITIR LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE DE DERECHOS DEL SOMETIMIENTO A PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE EL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE QUE SE PRESENTARÁ ÚNICAMENTE ES EMITIDO SI SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE **¿SE ACEPTA?**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-011-2022 "SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"
COMERLAT, S.A. DE C.V.	R.F.C. COM990629V1A

comerlat

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA
231.	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD II. NO REQUISITO DE REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACUERDO EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 DEL BIEN COINCIDA RESPECTO A LA INTENCIÓN DE USO, NO SIENDO NECESARIO QUE CORRESPONDA JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE **¿SE ACEPTA?**
232.	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS:	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO CONDICIONES BAROMÉTRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, UNA VEZ ADJUDICADOS O EN SU CASO QUE SEAN OMITIDAS, YA QUE LAS CONDICIONES BAROMÉTRICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO SE CONSIDERAN EXTREMAS. **¿SE ACEPTA?**

		DOMICILIO Y TELÉFONO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	
COMERLAT, S.A. DE C.V. LICITANTE	**VÍCTOR HUGO AVIÑA VALLE** NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	CALLE Y NÚMERO	**AV. PASEO DE LA REFORMA #2620 PH4 PLANTA ALTA**
		COL., ALCALDÍA.	**LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO**
		C.P.	**11950**
		TELÉFONO(S)	**55 5575 8165**
		CORREO ELECTRÓNICO	ventas.gobierno@co-merlat.com

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **27** DE **ABRIL** DE **2022,** EN LA **SALA DE LICITACIONES** DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 43** DE LA **LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL** Y LA **FRACCIÓN I** DEL **ARTÍCULO 41** DE SU **REGLAMENTO**, EL **LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ,** SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y EL **LIC. ADOLFO ALONSO BONEQUI,** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIENES PRESIDEN ESTE ACTO, PROCEDEN A DAR INICIO A LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"** HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: ----------

----------HECHOS----------

I. POR PARTE DE **LA CONVOCANTE** SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES **SERVIDORES PÚBLICOS**: ----------

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ** SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
	C. ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCAS	**C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ** REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	**ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ** SUBDIRECTORA DE TECNOLOGIA E INSUMOS
DIRECCIÓN JURICA Y NORMATIVA	**C. JOSÉ LUIS CORTÉZ SÁNCHEZ** REPRESENTANTE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTATIVA Y CONTROL INTERNO "B"
	LIC. NALLELY MORALES ROSAS AUDITOR

II. DE CONFORMIDAD CON EL **REGISTRO DE ASISTENCIA** DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES **LOS LICITANTES:**------

EMPRESA	REPRESENTANTE
HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	**FERNANDO AMADOR CALDERÓN**
DICIPA, S.A. DE C.V.	**JORGE VERA CALDERÓN**
COMERLAT, S.A. DE C.V.	**JAVIER BENITEZ CUELLAR**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

III. PRECISIONES POR PARTE DE **LA CONVOCANTE**:

LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍA E INSUMOS HACE LAS SIGUIENTES PRECISIONES:

<table>
<tr><th>PRECISIÓN TÉCNICA</th><th>SECCIÓN</th><th>DICE</th><th>DEBE DECIR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>EN EL APARTADO 4.2 VISITAS.</td><td><table><tr><th>HOSPITAL</th><th>ÁREA DESIGNADA PARA REPROCESADORA</th></tr><tr><td>H. G. LEGARIA</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr><tr><td>H. G. MOCTEZUMA</td><td>SERVICIO DE ENDOSCOPIA</td></tr></table></td><td><table><tr><th>HOSPITAL</th><th>ÁREA DESIGNADA PARA REPROCESADORA</th></tr><tr><td>H. P. LEGARIA</td><td>SALA DE ENDOSCOPIA</td></tr><tr><td>H. P. MOCTEZUMA</td><td>SERVICIO DE ENDOSCOPIA</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>SECCIÓN PROPUESTA TÉCNICA 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL</td><td>SE AGREGA EL SIGUIENTE PÁRRAFO</td><td>SE AGREGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

CUANDO LOS EQUIPOS SEAN DE NUEVA ADQUISICIÓN DEBERÁ ANEXAR LA CARTA DE APOYO DE FABRICANTE

C. PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS:
"SE MANIFIESTA QUE EL EQUIPO MÉDICO QUE SE ENTREGARÁ CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO1.2 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTA LICITACIÓN (NÚMERO DE LICITACIÓN) Y A LO ESTIPULADO EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES RESPECTIVA(S). DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL LICITANTE) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLA CON TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS RESPECTO DEL SUMINISTRO Y CANJE DE ESTOS. ADEMÁS, QUE SE ENTREGARAN DEBIDAMENTE EMBALADOS Y EMPACADOS. EL EMPAQUE SERÁ EL QUE GARANTICE SU CALIDAD, INTEGRIDAD, CONSERVACIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA".

SE DEBE ANEXAR UNA CARTA DE APOYO POR MARCA DE INSUMOS PROPUESTOS PARA OTORGAR EL SERVICIO INTEGRAL</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SECCIÓN 1.3.8 FICHA TÉCNICA PAR INSUMOS DE LAPAROSCOPIA</td><td>SE ELIMINA EL SIGUIENTE PUNTO</td><td>PROCEDIMIENTO 3. HIDROCELECTOMIA BILATERAL (VARIOCOCELE) LAPAROSCÓPICA.

SE ELIMINA EL PUNTO 8, PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITANIO ESTÉRIL DESECHABLE</td></tr>
</table>

IV. ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS **PÁRRAFOS QUINTO** Y **SEXTO DEL ARTÍCULO 43** DE LA **"LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL"**, **41 FRACCIÓN I** DE SU **"REGLAMENTO"** Y EN CUMPLIMIENTO AL **NUMERAL 5.1** DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, PARA TAL FIN, LA **DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÁ E INSUMOS**, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA **DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS** DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: ----------

---

1. DICIPA, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	**4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS** **PUNTO 4.7.1.5** DICE: ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS DONDE INCLUYAN LOS TRES GRUPOS TERAPÉUTICOS (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA) EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO.	PREGUNTA: LA EXPERIENCIA QUE EJERCE MI REPRESENTADA SE ESPECIALIZA EN EL SERVICIO INTEGRAL RELACIONADO CON DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOS EN ATENCION DIRECTA A USUARIO Y EL PACIENTE. DADO LO ANTERIOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CLARIFIQUE SÍ SE PERMITE LA ENTREGA DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD COMO LO SON TERAPIA Y DIAGNOSTICO, EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS Y SU FORMALIZACION CORRESPONDIENTE PARA FORTALECER LA PROPUESTA DE MI PROVEEDURIA. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
2	**ANEXO 1.2 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS POR UNIDAD MÉDICA**	PREGUNTA: LAS REPROCESADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y CORRECTO MANEJO DE LOS ENDOSCOPIOS SON FUNDAMENTALES Y BASTANTES ÚTILES. PARA PODER BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO A LA INSTITUCION PARA AQUELLAS UNIDADES QUE LO REQUERAN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE SER ADJUDICADOS, PREVIO A LA ENTREGA NOS PERMITA VALIDAR QUE LA UNIDAD MÉDICA CUENTA CON EL ESPACIO Y CAPACIDAD DE INSTALACIÓN, DE NO CONTAR CON LOS REQUISITOS VALIDADOS POR EL FABRICANTE SE ENTIENDE QUE NO SE DEBE COLOCAR EL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTO, SE SOLICITO VISITA A LAS UNIDADES MÉDICAS Y EN EL ANEXO 1.8 HAY UN APARTADO EXPROFESO EN REFRENCIA A LAS REPROCESADORAS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
3	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **A) CARRO DE TRANSPORTE**	PREGUNTA: A.3. ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL CARRO ES ACORDE AL PESO DEL EQUIPO MÉDICO OFERTADO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DEMOSTRAR ESTA CAPACIDAD DE CARGA MEDIANTE UNA IMAGEN CON EL EQUIPO MÉDICO INSTALADO EN EL CARRO, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
4	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **A) PROCESADOR DE IMÁGENES**	PREGUNTA: C.14 DEBIDO A QUE EL PANEL DE PANTALLA TÁCTIL ESTÁ ORIENTADO A UN FABRICANTE. PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANEL DE OPERACIÓN CON BOTONES FÍSICOS, SIN QUE ESTO COMPROMETA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
5	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **D) FUENTE DE ILUMINACIÓN**	PREGUNTA: D.2 ENTENDEMOS QUE OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR NO ES MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LÁMPARA LED CON INTENSIDAD DE 1400 LM CON 4 LEDS INDEPENDIENTES, POR LO QUE YA NO ES NECESARIA UNA LÁMPARA DE EMERGENCIA, YA QUE AL FALLAR UN LED LOS OTROS 3 SIGUEN EN OPERACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
6	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCOPICA**	PREGUNTA: E. 5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TASA DE FLUJO PARA BIOPSIA DE 500 ML/MIN, CON EL FIN DE NO SOMETER LOS ENDOSCOPIOS A UNA SOBREPRESIÓN EN EL CANAL DE TRABAJO, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
7	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **E) EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCOPICA**	PREGUNTA: E. 2. DEBIDO A QUE LA FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR NO ES UTILIZADA HABITUALMENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE COMO OPCIONAL PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
8	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **F) VIDEOGASTROSCOPIO**	PREGUNTA: F.6 PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DIÁMETRO DE INSERCIÓN DE 9.8MM DEBIDO QUE SE SOLICITA ZOOM ÓPTICO PARA UN ENDOSCOPIO ADULTO POR LO QUE EL DIÁMETRO NO PUEDE SER MENOR	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		CONSIDERANDO EL CANAL DE TRABAJO DE 2.8MM, ¿SE ACEPTA?	
9	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **H) VIDEOCOLONOSCOPIO**	PREGUNTA: H.4. DEBIDO A QUE EL ENDOSCOPIO SOLICITADO CUENTA CON ZOOM ÓPTICO ESTA CARACTERÍSTICA RESTRINGE EL CAMPO DE VISIÓN Y EL CANAL DE TRABAJO, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR 140° Y 3.2MM RESPECTIVAMENTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
10	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J) SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMPUTADORA TIPO LAPTOP YA QUE OCUPA MENOS ESPACIO EN EL CARRO, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
11	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J) SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.6 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FORMATOS DE IMAGEN (JPEG Y DICOM), YA QUE ESTOS FORMATOS SON COMPATIBLES CON SISTEMAS DE IMÁGENES MEDICAS COMO EL PACS, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LO QUE SE BUSCA ES LA INTEGRACIÓN CON EL EXPEDIENTE CLÍNICO, LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SON EL MÍNIMO INDISPENSABLE.
12	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J) SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.7 PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE FORMATO MPEG-4, YA QUE ESTE FORMATO ES MAS COMÚN PARA VISUALIZARLO EN COMPUTADORAS, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	**ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN** **ANEXO 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO PARA ENDOSCOPIA** **J) SISTEMA DE GENERACIÓN DE REPORTE**	PREGUNTA: J.9 ENTENDEMOS QUE ESTA FUNCIÓN PUEDE SER OPCIONAL YA QUE EL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL SOFTWARE ES GENERAR REPORTES MÉDICOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIASIÓN.
14	**PROPUESTA TÉCNICA** **4.1 MUESTRAS** **GRUPO TERAPEUTICO ENDOSCOPIA** **PUNTO 10**	PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE DEBE ENTENDER QUE SE PUEDEN PRESENTAR UN EQUIPO HEMOSTÁTICO ENDOCOPICO EN POLVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE APLICACIÓN SIN HACER REFERENCIA A UNA MARCA EN ESPECIFICA. ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
15	**ANEXO 1.3**	PREGUNTA.: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CLARIFIQUE, SÍ SE	ES CORRECTO, LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS ES LO MÍNIMO NECESARIO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPO MÉDICO , INSTRUMENTAL, INSUMOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA	DEBE ENTENDER QUE TODO AQUEL INSUMO, EQUIPO, DISPOSITIVO DE IGUAL O MAYOR TECNOCLOGÍA QUE OFERTE MI REPRESENTADA NO SERÍA CAUSANTE DE DESECHAMIENTO, TODA VEZ QUE ESTO SE COMPRUEBE MEDIANTE REFERENCIA EN MANUAL Y/O CATALOGO DE FABRICANTE. ES CORRECTO?	
16	1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS SE AJUSTARÁ INVARIABLEMENTE AL MONTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE MEDIANTE OFICIO NÚMERO **DGAF/DF/SP/040/2022** DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO **3993** "**SUBROGACIONES** ". **4.7.2. PROPUESTA ECONÓMICA. INDICA QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR LA PARTIDA ÚNICA** POR UN MONTO MINIMO DE $1,834,721.12 Y UN MAXIMO DE $18,347,211.48	PREGUNTA CONSIDERANDO QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTAMOS PARA EL SONDEO DE MERCADO SUPERA POR MAS DE 4 VECES DE LO AUTORIZADO PARA ADJUDICAR EN ESTE PROCEDIMIENTO. FAVOR DE CONFIRMAR QUE DESPUES DE QUE ESTE RECURSO ASIGNADO O AUTORIZADO SE TERMINE, SE CONTINUARA CON EL CONTRATO, UNA VEZ QUE SE HAYA AUTORIZADO MAS RECURSO FAVOR DE ACLARAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL MONTO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO **DGAF/DF/SP/040/2022** ES PARA CUBRIR EL PERIODO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO A EJERCER LO QUE OCURRA PRIMERO, ES POR ESO QUE ESTE SERVICIO SE CONTRATARA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, POR LO QUE UNA VEZ AGOTADO EL MONTO MÁXIMO Y EN CASO DE QUE SE VUELVA A ASIGNAR RECURSO SE LLEVAR A CABO UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN EL CUAL ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA SECRETARÍA
17	**NFORMACIÓN DEL SERVICIO A NTRATAR.** **EQUIPOS MÉDICOS** LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. EL LICITANTE SE COMPROMETE A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES AÑOS. PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, EN LA PROPUESTA TÉCNICA	PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE TODOS LOS EQUIPOS DEBERAN SER NUEVOS, POR LOS QUE YA SE TIENEN INSTALADOS ACTUALMENTE SE DEBERAN RETIRAR SI ELLOS TIENEN MAS DE 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD FAVOR DE CONFIRMAR	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO , EL EQUIPO NO DEBE TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A TRES AÑOS, EN CASO DE OCURRIR ESTOS DEBERÁN SER SUSTITUIDOS
18	**4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SOLICITAN** PRESENTAR UN CURRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO SERVICIO INTEGRAL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL	PETICION, ACLARACION O SOLICITUD CON LA INTENCION DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION Y QUE LA SECRETARIA DE SALUD SE BENEFICIE CON UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES, SOLICITAMOS PODER PRESENTAR CURRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO SERVICIO INTEGRAL EN EL AÑO	NO, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN BASES.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	MENOS 3 CONTRATOS DONDE INCLUYAN LOS TRES GRUPOS TERAPÉUTICOS (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA) EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO. EN APEGO AL DOF: 03/02/2016: ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EN EL QUE EN SU NUMERAL 4.2.2.1.3 ELABORAR PROYECTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INDICA: ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR: · EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONVOCATORIA DEBE CONSIDERARSE QUE ES EL SUPREMO INTERÉS DEL ESTADO PROMOVER LA COMPETENCIA DEL MAYOR NÚMERO DE LICITANTES A EFECTO DE QUE EL ESTADO SE ENCUENTRE EN POSIBILIDAD DE OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, POR LO QUE EN DICHO INSTRUMENTO DEBERÁ EVITARSE EL ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS QUE TENGAN POR EFECTO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA Y REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR	INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO	
19	**4.7.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SOLICITAN** PRESENTAR UN CURRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO SERVICIO INTEGRAL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS DONDE INCLUYAN LOS TRES GRUPOS TERAPÉUTICOS (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA) EN FORMATO PDF QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATROS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR RESULTE NEGATIVA SOLICITAMOS PODER PRESENTAR CURRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO SERVICIO INTEGRAL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. ADICIONALMENTE SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 1 CONTRATO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION EN FORMATO PDF QUE SE HAYA CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

2. COMERLAT, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
1	**1.7. PROVEEDORES SALARIALMENTE RESPONSABLES Y** **PUNTO 4.5. INCISO H)**	CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO II "DEL PADRÓN DE PROVEEDODORES" DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 24 DE MAYO DE 2017. ES CORRECTO ENTENDER POR PARTE DE TODOS LOS LICITANTES, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR "CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE Y A NOMBRE DEL LICITANTE COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE POR LO QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA LA CONSTANCIA VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE, ADJUNTANDO LA CONSTANCIA VENCIDA Y LA IMPRESIÓN DEL CORREO EN EL QUE EL TIANGUIS DIGITAL INFORMA DE QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. **¿ES CORRECTO?**	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR **CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, **VIGENTE** AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, EL CUAL PUEDE CONTENER O NO LA LEYENDA DE PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE.
2	**2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN.** **4.6 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO G)**	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA ES DE ORIGEN NACIONAL TAL Y COMO LO DEMUESTRA EN SU ACTA CONSTITUTIVA Y PRESENTA PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN SERVICIO Y NO DE UNA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CONTARÁN CON GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. **¿SE ACEPTA?**	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR **ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, QUE LOS SERVICIOS QUE OFERTAN CUENTAN CON CUANDO MENOS 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE **GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL**
3	**4.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS.** **INCISO E)**	DEBEMOS ENTENDER QUE UNICAMENTE SERÁN RUBRICADAS LAS "COPIAS SIMPLES" SOLICITADAS EN BASES Y NO LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL. **¿ES CORRECTO?**	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	**4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA**	POR DOCUMENTO EN ORIGINAL SE ENTIENDE QUE PUEDE SER EL ELECTRÓNICO CON LA CADENA DIGITAL, DEBIDO A QUE MUCHA INFORMACIÓN SE GENERA MEDIANTE EL PORTAL ELECTRONICO DE DIVERSAS INSTITUCIONES. **¿ES CORRECTO?**	NO ES CORRECTO, DEBERÁ PRESENTAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
5	**4.7.1.5. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA**	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS DE PRESENTAR 3 CONTRATOS DONDE EL OBJETO SEA EL DE ESTA LICITACIÓN Y QUE NO EXCEDA UN PERIODO DEL 2019 AL 2021 Y BASTARÁ CON QUE AL MENOS SE INCLUYA UNO DE LOS TRES GRUPOS TERAPEÚTICOS (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA) **¿ES CORRECTO?**	PARA CUMPLIR ESTE PUNTO DEBERÁ PRESENTAR CURRICULUM EMPRESARIAL, Y POR LO MENOS UN CONTRATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO 2019 AL 2021,
6	**BASES EN GENERAL**	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE UN ANEXO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, NOS PERMITA PRESENTAR DICHO ANEXO CON LA LEYENDA DE NO APLICA. **¿SE ACEPTA?**	SE ACEPTA SU PROPUESTA
7	**4.6. ESCRITOS Y MANFIESTOS EN ORIGINAL**	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN QUE FORMATOS O ANEXOS DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. **FAVOR DE ACLARAR**	LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN EL PUNTO "R" DEL NUMERAL 4.6 ESCRITOS Y MANIFIESTOS.
8	**4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO K)**	ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO, SOLO SE DEBE DE PRESENTAR LA RELACIÓN DE PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. **¿ES CORRECTO?**	POR LO QUE RESPECTA AL INCISO K), ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9	**4.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA NOTA ÚLTIMO PARRAFO**	ENTENDEMOS QUE NO SERÁ IMPEDIMENTO SEGÚN ESTE INCISO QUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO SEA A TRAVÉS DE UNA EMPRESA QUE TIENE LA CONTRATACIÓN DE ESTE, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE PERTENECEN A UN MISMO GRUPO Y QUE LOS SOCIOS DE AMBAS SON LOS MISMOS, QUE CUENTAN CON UN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENTRE AMBAS Y PRESENTANDO TAMBIÉN EL CUMPLIMIENTO POSITIVO ANTE EL IMSS, INFONAVIT Y SAT DE AMBAS Y VAN EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA. **¿SE ACEPTA?**	PARA EL CASO DE PRESENTAR PARTICIPACIÓN CONJUNTA, SE DEBRA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA CADA UNO, CON EL CORRESPONDIENTE CONVENIO SEÑALANDO LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDAN A CADA UNO LAS CUALES NO SERÁN DIVISIBLES CON UN REPRESENTANTE EN COMÚN, PRESENTANDO A DEMÁS UNA PROPUESTA TÉCNICA Y UNA PROPUESTA ECONÓMICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE EN COMÚN.
10	**4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES**	ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON LAS NORMAS ENLISTADAS. **¿SE ACEPTA?**	EL LICITANTE DEBERÁ REQUISITAR EL ANEXO 1.11 Y ATENDER LOS INCISOS ROMANOS I, II, III, IV, V
11	**4.7.1.7. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO**	SOLICITAMOS A LA CONVOCENTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN INGENIERIO POR CADA GRUPO TERAPÉUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA). **¿SE ACEPTA?**	DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE TODO EL PERSONAL QUE DARÁ EL MANTENIMIENTO, A LOS EQUIPOS MÉDICOS. LA CONVOCANTE CONSIDERA QUE UN INGENIERO POR CADA GRUPO TERAPEÚTICO NO SE DARÁ A BASTO PARA ATENDER LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SOLICITA ESTE SERVICIO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
12	**4.7.1.8. EXPERIENCIA TÉCNICOS**	SOLICITAMOS A LA CONVOCENTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN TÉCNICO POR CADA GRUPO TERAPÉUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA). **¿SE ACEPTA?**	NO SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DEL NÚMERO DE TÉCNICOS SOLICITADOS
13	**4.7.1.9. EXPERIENCIA DE COORDINADORES DE TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL**	SOLICITAMOS A LA CONVOCENTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN COORDINADAR DE TÉCNICOS Y SUPERVISOR POR CADA GRUPO TERAPÉUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA Y UROLOGÍA). **¿SE ACEPTA?**	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER EL NÚMERO SOLICITADO EN ESTAS BASES
14	**4.7.1.12. SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE GESTIÓN**	SOLICITAMOS A LA CONVOCENTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS UN INGENIERO Y/O DESARROLLADOR DE SOFTWARE. **¿SE ACEPTA?**	EL PUNTO MENCIONADO, SE REFEIRE AL SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO
15	**4.7.1. INCISO H) EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO**	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO PERMITA PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA DEL SECTOR GOBIERNO Y/O DEL SECTOR PRIVADO OTORGADA A MI REPRESENTADA Y DONDE SE HAYA PRESTADO EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. **¿SE ACEPTA?**	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO CITADO
16	**4.7.1. INCISO I) EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS EN MÍNIMA INVASIÓN**	DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE POR LO MENOS QUINCE TÉCNICOS ADEMAS DE UN SUPERVISOR DE LAPAROSCOPIA QUE PODRÁN SER ENTRE LICENCIADOS Y/O TÉCNICOS EN ENFERMERÍA. **¿ES CORRECTO?**	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PUNTO CITADO
17	4.5. INCISOS J Y K 4.6. INCISOS C Y H.	LOS ESCRITOS Y REFERENCIAS A QUE HACEN REFERENCIA EN ESTOS INCISOS SE DEBERÁ PRESENTAR POR CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN DE MANERA CONJUNTA QUE APORTEN PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. POR ENDE, NO LE APLICARÍA EL ÚLTIMO PARRAFO DEL NUMERAL 4.5. **¿ES CORRECTO?**	PARA EL CASO DE PRESENTAR UNA PROPUESTA EN CONJUNTO SE DEBERA PRESENTAR POR EMPRESA LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LOS INCISOS LO SEÑALADO EN LOS INCISOS INCISOS J Y K DEL NUMERAL 4.5 Y INCISOS C Y H DEL NUMERAL 4.6.
18	4.5. INCISOS I	PARA EL CASO DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO SE ACEPTA ENTREGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO Y COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DEL ARRENDADOR DEL INMUEBLE, TODA VEZ QUE ESTÁN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LOS SERVICIOS DE TELÉFONO Y LUZ. **¿ES CORRECTO?**	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA PRESENTAR **COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL** A NOMBRE DEL **LICITANTE** (AGUA, TELÉFONO FIJO O LUZ) CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA, EL DOMICILIO SEÑALADO EN DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SER EL MISMO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
			QUE SE SEÑALA EN LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. O ESTADO DE CUENTA BANCARIO A NOMBRE DEL LICITANTE.
19	4.7.1.5 4.7.1.7 4.7.1.8	EN LOS REFERIDOS NUMERALES HACEN REFERENCIAS A CONTRATOS, EXPERIENCIA DE INGENIEROS DE SERVICIOS Y TÉCNICOS POR CADA GRUPO TERAPEUTICO (LAPAROSCOPIA, ENDOSCPIA Y UROLOGÍA PEDIATRICA), SIN EMBARGO, EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y CON LOS QUE SE CUENTA DENTRO DEL SERVICIO DE LAPAROSCOPIA ESTÁ INMERSO EL SERVICIO DE UROLOGÍA PEDIATRICA Y NO HAY UNO ESPECIFICO PARA ESA ESPECIALIDAD **FAVOR DE ACLARAR**	NO ESTA BIEN REFERENCIADA SU PREGUNTA.
20	ANEXO 20	<table><tr><td>MONTO MÍNIMO A EJERCER CON I.V.A. INCLUIDO $ 1,834,721.12 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 12/100 M.N.)</td><td>MONTO MÁXIMO (DIECIOCHO MIL SIETE MIL DOSC</td></tr></table> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE LAS SUBPARTIDAS 2 Y 3 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, YA QUE CON EL PRESUPUESTO SEÑALADO PARA EJERCER ÚNICAMENTE SE DA SUFICIENCIA A LA SUBPARTIDA 1, MISMA QUE A COSTOS DE LA LICITACIÓN ANTERIOR SE EJERCE MENSUALMENTE 3 MILLONES DE PESOS EN PROMEDIO, ES DECIR EN 8 MESES SE ESTARÍAN EJERCIENDO 24 MILLONES DE PESOS, RAZÓN POR LO CUAL NO ALCANZAN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS POR LA CONVOCANTE. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE NO HA LLEVADO A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA Y POR ENDE NO TIENE REFERENCIAS HISTÓRICAS Y ACTUALES DE LOS COSTOS REALES DEL MERCADO, Y DE ACUERDO AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS LA FACTURACIÓN PROMEDIO DE ESTE SERVICIO SERÍA DE 2.8. MILLONES DE PESOS MENSUALES, Y 80 MENSUALES DEL SERVICIO DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA. POR ENDE, LA SUMA DE TODOS LOS CONCEPTOS SUMARÍA ENTRE 50 Y 60 MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE, POR LO QUE EL PRESUPUESTO DE LA CONVOCANTE ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS 3 SUBPARTIDAS. SE ACEPTA LA CANCELACIÓN O DECLARAR DESIERTA LAS SUBPARTIDAS 2 Y 3 DEL 21PRESENTE PROCEDIMIENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL POR PRECIO NO CONVENIENTE. **¿SE ACEPTA?**	
21	**4.6. ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL** **PARTICIPACIÓN CONJUNTA**	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, BASTARÁ CON QUE AL MENOS UN INTEGRANTE PRESENTE LAS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL INCISO A), DEL PRESENTE PUNTO. **¿SE ACEPTA?**	NO SE ACEPTA, DEBERA PRESENTAR CADA EMPRESA LO SOLICITADO EN DICHO NUMERAL Y SOLAMENTE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SE PRESENTA EN CONJUNTO, ACATANDO LO ESTABLECIDO EN ESTE MISMO NUMERAL PUNTO "R".
22	**4.7.1.11. SOPORTE TÉCNICO**	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA RUTINA DE MANTENIMIENTO Y EL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLO DEBE PRESENTARLO EL LICITANTE ADJUDICADO, TAL Y COMO SE MENCIONA EN EL PREÁMBULO DE DICHO NUMERAL O SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE. **FAVOR DE ACLARAR**	DEBERÁ PRESENTARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y PRESENTAR EL LICITANTE ADJUDICADO
23	**Punto 4.7.1.3**	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA QUE LA CONSTANCIA DE LOS INGENIEROS A PRESENTAR VAYA ACORDE AL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PROPONEMOS. ¿SE ACEPTA?	EL PUNTO 4.7.1.3 NO CORRESPONDE CON LA PREGUNTA
24	**1.3.11 Punto 7**	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LAS (CUANTAS) ÁREAS USUARIAS REQUERIRÁN DE LICENCIA PARA INGRESAR AL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. (QUE NOS RESPONDA QUE SON SÓLO 3) ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE MÍNIMO 10 USUARIOS
25	**1.3.11 Punto 13**	DEBEMOS ENTENDER QUE EL FLUJO DE TRABAJO AL QUE MENCIONA ES EN RELACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FAVOR DE ACLARAR	SE REFIERE AL A UTOMATIZAR EL FLUJO DE TRAABJO DEL SERVICIO INTEGRAL DEACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA.
26	**1.3.11 Punto 18.5**	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MOSTRAR LA EDAD DEL PACIENTE, EN VEZ DE SU FECHA DE NACIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
27	**1.3.11 Punto 29**	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO IRÁN ACORDE AL NÚMERO DE ÁREAS USUARIAS CON LICENCIAS PARA ACCEDER AL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTO
28	6.21	**DEBERÁ PERMITIR LA EDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS CATÁLOGOS.** ¿ESTOS CATÁLOGOS LOS EDITA SEDESA O NOSOTROS?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
29	**6.22**	**DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD DE GENERAR CATÁLOGOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE SEDESA Y LA UNIDAD MÉDICA.**	LOS CATALOGOS DEBERAN GENERARSE DE ACUERDO A LO QUE SOLICITE LA SEDESA A TRAVÉS DEL ÁREA MÉDICA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		LOS GENERAMOS NOSOTROS ESTOS CATÁLOGOS. ¿LO QUIERE GENERAR SEDESA?	
30	9.29.1.3	**CON LECTOR DE DISCOS** ESTA TECNOLOGÍA YA CASI NO SE USA. ¿SE PUEDE QUITAR ESTE REQUERIMIENTO?	NO SE ACEPTA
31	9.29.1.3	DE NO SER ASÍ. ¿DE QUÉ VELOCIDAD SE NECESITA EL LECTOR DE DISCOS O GRABADOR?	AL MENOS 8X EN DVD ROM
32	DICE: INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. EQUIPOS MEDICOS. PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL DEBERA...	PREGUNTA: DEBIDO A QUE PARA EL SERVICIO SE PUEDE OFERTAR EQUIPO NUEVO Y ESTE NO HA SIDO ADQUIRIDO POR LO TAL AÚN NO SE CUENTAN CON EL CERTIFICADO DONDE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, Y SE TENDRÁ HASTA QUE EL EQUIPO SEA ADQUIRIDO. POR ESTO SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE DIGA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN CON FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA Y DEBERÁ ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA 2**
33	DICE: INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN. Y 4.6. G.	PREGUNTA: EL ARTICULO 30 TRATA SOBRE "BIENES A ADQUIRIR" Y EN ESTE EVENTO SE ESTÁ LICITANDO UN "SERVICIO" POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y ACCESORIOS DE ORIGEN EXTRANJERO SIEMPRE QUE EL LICITANTE SEA DE ORIGEN NACIONAL. ESTO DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA EN ESTE SERVICIO ÚNICAMENTE ES CUMPLIDA POR MARCAS EXTRANJERAS LAS CUALES SON GOLD ESTÁNDAR EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.6 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO G)
34	DICE: 4.1 MUESTRAS. NOTA: LAS MUESTRAS E LOS EQUIPOS Y BIENES PROPUESTOS DEBEN SER COMPATIBLES.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LA MUESTRA FÍSICA ÚNICAMENTE SE DEBERÁN PRESENTAR LOS INSUMOS DESCRITOS EN LA TABLA DE LA PÁGINA 12 DE 114 ITEM DEL 1 AL 20 Y DEL ANEXO 1.9 ASEGURANDO QUE ESTOS SERÁN COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS A OFERTAR. ¿ES CORRECTO?	**ES CORRECTO**
35	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO... U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO E LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR LOS CATÁLOGOS, MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO ÚNICAMENTE EN FORMATO DIGITAL USB CON EL FIN DE NO AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE CON IMPRESIONES QUE PUEDEN SER CONSULTADAS Y REVISADAS EN FORMATO DIGITAL, Y LAS FICHAS DE LOS EQUIPOS SE ENTREGUEN EN AMBOS MEDIOS ¿SE ACEPTA?	PODRÁ ENTREGAR SOLAMENTE LAS PAGINAS REFERENCIADAS EN IMPRESO, SI Y SOLO SÍ SE ADJUNTAN TODOS LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS COMPLETOS UTILIZADOS PARA REFERENCIAR EN FORMATO DIGITAL, EN CASO DE QUE LOS MANUALES , FOLLETOS, CATALOGOS NO ESTUVIERAN COMPLETOS EN DIGITAL SE DESECHARÁ LA PROPUESTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
36	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO…	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO DE LAS HOJAS UTILIZADAS PARA REALIZAR EL REFERENCIADO/MARCAJE DE LAS FICHAS/CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, SIEMPRE QUE SE ENTREGUEN LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?	**YA SE CONTESTO, EN LA PREGUNTA 35**
37	DICE: 4.7.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES. B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD:	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO APLICA ÚNICAMENTE PARA LOS INSUMOS A OFERTAR, ¿ES CORRECTO?	**NO ES CORRECTO**
38	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA ÚNICAMENTE POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTO?	**NO, DEBERÁ INTEGRASE EN LA PROPUESTA TÉCNICA**
39	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O FILIAL EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**
40	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO EN ORIGINAL O COPIA COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGAR LA ORIGINAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EN LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?	**LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL DEBERÁ SER DEL FABRICANTE Y/ O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y SELLADA**
41	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. TODAS LAS CARTAS DE INSUMOS Y SOFTWARE DE APOYO DEBERÁN CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL.	PREGUNTA: ALGUNAS EMPRESAS NO CUENTAN CON SELLO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE REQUERIMIENTO NO SEA OBLIGATORIO SIEMPRE QUE SE ENTREGUE UNA CARTA MANIFESTANDO QUE NO CUENTAN CON SELLO PROPIO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA**
42	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO… U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO	PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR MÚLTIPLES OPCIONES TECNOLÓGICAS A LOS USUARIOS Y ASÍ BRINDAR MÁS BENEFICIOS A LOS HOSPITALES QUE CONTARAN CON EL SERVICIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR HASTA 2 MARCAS DIFERENTES PARA LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL ANEXO 1.3, SIEMPRE QUE SE ASEGURE LA ENTREGA DE INSUMOS COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA OFERTAR DOS MARCAS PARA ATENDER A UN GRUPO TERAPEUTICO**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
43	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
44	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
45	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
46	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**
47	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2. ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE 3 CHIPS POR 3CCD LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE REFERENCIARLO DE ESA MANERA**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
48	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SALIDA DE SEÑAL 1080p, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
49	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
50	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ, EL CUAL ES FUNCIONAL AL RANGO QUE SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**
51	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**
52	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 4. GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN DE 4.5 A 5.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UNA GUÍA DE LUZ DE DIÁMETRO DE 4.25 MM DEL HAZ DE LUZ, YA QUE EL USO DE ESTA MEDIDA NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
53	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO COMO OPCIONAL, DEBIDO A QUE AL SER TECNOLOGÍA LED NO REQUIERE UN TIEMPO DE ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO, ADEMÁS DE QUE CUENTA CON REFRIGERACIÓN POR AIRE A PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.		
54	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.5 CON SISTEMA DE ALARMA O INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA SE REFIERE A LOS INDICADORES DE PRESIÓN DE CAVIDAD, DE PRESIÓN AJUSTADA, DE ENCENDIDO, DE CAUDAL AJUSTADO/REAL, DE VOLUMEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REFIERE A QUE DEBE DE CONTAR CON UN SISTEMA DE ALARMA
55	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE A LA INDICACIÓN DEL MODO DE EVACUACIÓN DE HUMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REFIERE AL NIVEL DE GAS DE C02
56	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**
57	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL PROCESADOR DE LA TORRE, YA QUE EL CABEZAL ENDOCÁMARA SE CONECTA A ESTE EQUIPO Y NO DIRECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
58	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	DEBIDO A QUE LA LUZ LED ES UNA TECNOLOGÍA QUE NO GENERA CALOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO NO SE DEBA DEMOSTRAR OBLIGATORIAMENTE YA QUE ES IMPLICITO QUE AL OFERTAR LUZ LED SE CUMPLE CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
59	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR. **¿SE ACEPTA?**	**PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS LICITANTES**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 4. PANTALLA LCD TFC TÁCTIL A COLOR O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR.		
60	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR OXÍMETRO DE PULSO CON BATERÍA DE RESPALDO CON AL MENOS 8 HORAS DE DURACIÓN. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
61	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA BATERÍA DE RESPALDO CON TIEMPO DE CARGA DE DOS HORAS POR CADA HORA DE USO, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ADEMÁS, QUE NUESTROS TÉCNICOS ESTARÁN A CARGO DEL CUIDADO DEL EQUIPO EN TODO MOMENTO. ¿SE ACEPTA?	**EL TIEMPO DE CARGA DE BATERIA TOTAL DEBERÁ DE SER DE MÍNIMO 6 HORAS**
62	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?	**NO ES CORRECTO DEBE TENER AMBAS**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
63	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA ENTENDEMOS QUE UNICAMENTE SE DEBERÁN REFERENCIAR Y ENTREGAR LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR LOS ACCESORIOS DEL PUNTO 4 PUES NO ES OBLIGATORIO OFERTAR UN EQUIPO CON ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBE ENTREGAR TODOS LOS INSUMOS PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE AL 100%
64	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?	**NO ES CORRECTO SE REQUIERE AMBAS TECNOLOGÍAS**
65	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
66	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
67	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
68	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 1.6 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**
69	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE 3 CHIPS POR 3CCD. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
70	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SALIDA DE SEÑAL 1080p, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
71	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
72	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	3.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.		
73	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 4 GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN DE 4.5 A 5.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UNA GUÍA DE LUZ DE DIÁMETRO DE 4.25 MM DEL HAZ DE LUZ, YA QUE EL USO DE ESTA MEDIDA NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE ODERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES**
74	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO COMO OPCIONAL, DEBIDO A QUE AL SER TECNOLOGÍA LED NO REQUIERE UN TIEMPO DE ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO, ADEMÁS DE QUE CUENTA CON REFRIGERACIÓN POR AIRE A PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	**PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS FABRICANTES**
75	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.5 CON SISTEMA DE ALARMA O INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON INDICADOR DE ESTADO EN PANTALLA SE REFIERE A LOS INDICADORES DE PRESIÓN DE CAVIDAD, DE PRESIÓN AJUSTADA, DE ENCENDIDO, DE CAUDAL AJUSTADO/REAL, DE VOLUMEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REFIERE A QUE DEBE DE CONTAR CON UN SISTEMA DE ALARMA
76	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE A LA INDICACIÓN DEL MODO DE EVACUACIÓN DE HUMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REFIERE AL NIVEL DE GAS DE C02
77	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 6.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
78	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2.6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL PROCESADOR DE LA TORRE, YA QUE EL CABEZAL ENDOCÁMARA SE CONECTA A ESTE EQUIPO Y NO DIRECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA**
79	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 5.3 CON MODO EN ESPERA PARA MINIMIZAR EL CALOR GENERADO.	DEBIDO A QUE LA LUZ LED ES UNA TECNOLOGÍA QUE NO GENERA CALOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO NO SE DEBA DEMOSTRAR OBLIGATORIAMENTE YA QUE ES IMPLICITO QUE AL OFERTAR LUZ LED SE CUMPLE CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
80	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA E) EQUIPO PARA LITOTRIPCIA LÁSER, DESCRIPCIÓN:	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES, ADEMÁS DE CONTAR CON UN NUMERO NO SIGNIFICANTE DE CIRUGIAS A USAR CON ESTE EQUIPO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LITOTRIPCIA NEUMÁTICO SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**
81	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REQUIEREN LAS DOS
82	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS	PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA ENTENDEMOS QUE UNICAMENTE SE DEBERÁN REFERENCIAR Y ENTREGAR LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR LOS ACCESORIOS DEL PUNTO 4 PUES NO ES OBLIGATORIO OFERTAR UN EQUIPO CON ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBE ENTREGAR TODOS LOS INSUMOS PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE AL 100%

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
83	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 3. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS ULTRASÓNICOS QUE VIBRAN DESDE UNA FRECUENCIA 47 KHZ, CON ACTIVACIÓN MANUAL Y CON CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
84	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 3. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ QUE CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS ULTRASÓNICOS QUE VIBRAN DESDE UNA FRECUENCIA 47 KHZ, CON ACTIVACIÓN MANUAL Y CON CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
85	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, EN EL PRESENTE NUMERAL, LA CONVOCANTE NOS DA LIBERTAD DE OFRECER UN SOLO EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA, YA SEA DE ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA Y POR LO TANTO SÓLO OFERTAR EL INSTRUMENTAL COMPATIBLE PARA EL EQUIPO, OMITIENDO UNO DE LOS NUMERALES 3 Ó 4 DEL PRESENTE INCISO B). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBE TENER AMBAS
86	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 11. CARRO PORTA EQUIPO	PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE OMITA YA QUE EN EL PUNTO 8 DE LA MISMA FICHA YA SE SOLICITA UN CARRO PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
87	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 4. CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENUNCIADO QUIERE DECIR: CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÁXIMA DE 120 WATTS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA
88	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 6. INDICADORES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL INDICADOR EN PANTALLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	DEBERÁ REFERENCIAR QUE EN LA PANTALLA INDIQUE EL MODO MONOPOLAR O BIPOLAR SEGÚN EL QUE SE USE.
89	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, EN EL PRESENTE NUMERAL, LA CONVOCANTE NOS DA LIBERTAD DE OFRECER UN SOLO EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA, YA SEA DE ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA Y POR LO TANTO SÓLO OFERTAR EL INSTRUMENTAL COMPATIBLE PARA EL EQUIPO, OMITIENDO UNO DE LOS NUMERALES 3 Ó 4 DEL PRESENTE INCISO B). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA, SE REQUIERE AMBAS
90	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 4. CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ENUNCIADO QUIERE DECIR: CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÁXIMA DE 120 WATTS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA
91	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL INDICADOR EN PANTALLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	DEBERÁ REFERENCIAR QUE EN LA PANTALLA INDIQUE EL MODO MONOPOLAR O BIPOLAR SEGÚN EL QUE SE USE.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	6. INDICADORES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.		
92	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA CARRO DE TRANSPORTE 22. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OMITIR REFERENCIAR LA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG YA QUE SE ENTIENDE QUE TODOS LOS CARROS QUE ESTAN DISEÑADOS PARA EL TRANSPORTE DE TORRES DE ENDOSCOPIA CUMPLEN CON ESTA CARACTERISTICA Y POR LO MISMO NO SE EXPRESA EN LOS MANUALES NI CATALOGOS DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	EL CARRO DE CADA UNA DE LA TORRES DEBERÁ SOPORTAR LA CARGA DEL LOS EQUIPOS QUE LA CONFORMAN
93	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR. 30. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
94	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA D) EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 10. CARRO PORTA EQUIPO, POR CADA EQUIPO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE OMITA YA QUE EN EL PUNTO 8 DE LA MISMA FICHA YA SE SOLICITA UN CARRO PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL PUNTO 8 SE REFIERE A LAS ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES Y EL PUNTO 10 AL CARRO PORTA EQUIPO
95	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2. 6.8. CON FILTRO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A UN COMPONENTE DEL SISTEMA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, ES PARTE DEL INSUFLADOR
96	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2. 6.8. CON FILTRO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A UN COMPONENTE DEL SISTEMA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, ES PARTE DEL INSUFLADOR

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
97	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 28. ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLES CON RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO,C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA S-VIDEO COMO Y/C, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
98	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 28. ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLES CON RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ENTRADA C-VIDEO COMO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, YA QUE SON TÉRMINOS ANÁLOGOS EN LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE DE NUESTRO EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
99	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 30. RESOLUCION MINIMA DE 1920 X 1200.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
100	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 31. COMPATIBLE CON TODOS LOS EQUIPOS OFERTADOS	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN QUE TODOS LOS EQUIPOS SON DE LA MISMA MARCA Y COMPATIBLES ENTRE ELLOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
101	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA MONITOR 32. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120V, 50/60 HZ	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
102	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA CARRO DE TRANSPORTE 22. CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50KG.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ENTREPAÑOS SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE SERÁ FUNCIONAL CON LA TORRE A OTORGAR. ¿SE ACEPTA?	EL NÚMERO DE ENTREPAÑOS DEBERÁ CORRESPONDER A LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA TORRE DE ENDOSCOPIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
103	DICE: "4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL [...] DE LOS EQUIPOS MÉDICOS: SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NO. DE SERIE."	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE MÁXIMO CINCO AÑOS DE FABRICACIÓN, SIEMPRE QUE ESTOS SE ENCUENTREN 100% FUNCIONALES, CON LAS BITACORAS DE SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, ADEMÁS QUE EL LICITANTE SE COMPROMETE A CONTAR CON EQUIPOS SEGUROS PARA LOS USUARIO Y DERECHOHABIENTES DE LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
104	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS:	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE POR "EQUIPO MEDICO" SE REFIERE A TODOS AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTO?	NO SE ENTIENDE SU PREGUNTA
105	DICE: 4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. A. PARA LOS INSUMOS	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE UNICAMENTE SE REQUIERE PARA LOS INSUMOS OFERTADOS, ASÍ COMO PARA EL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
106	DICE: ANEXO 1.11 RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN ESTA LISTA UNICAMENTE SE DEBERÁN RELACIONAR LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS PARA SU USO Y NO EL MOBILIARIO Y OTROS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA NO LO REQUIERAN. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EN CASO DE NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO SE DEBERA PONER LA REFERENCIA DEL DIARIO OFICIAL DE NO REQUERIRLO
107	DICE: "4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL [...] DE LOS EQUIPOS MÉDICOS: SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NO. DE SERIE."	PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS QUE ENTREGARA MI REPRESENTADA SERÁN NUEVOS ES IMPOSIBLE CONTAR CON LOS DATOS SOLICITADOS EN EL PUNTO MENCIONADO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPO NUEVO LOS DATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO PODRÁN SER ENTREGADOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA Y DEBERÁ ATENDER PRECISÓN TÉCNICA 2

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
108	DICE: 4.7.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL [...] DE LOS EQUIPOS MÉDICOS: SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA, MODELO Y NO. DE SERIE.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCARTE QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPO NUEVO PERMITA ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE INDIQUE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR SERÁN DE NUEVA FABRICACIÓN POR LO CUAL AÚN NO SE CUENTA CON AÑOS DE FABRICACIÓN Y NO. DE SERIE, PERMITIENDO ENTREGAR ESTOS DOS DATOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA 2
109	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA E) EQUIPO PARA LITOTRICIA LÁSER, DESCRIPCIÓN:	PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y SEGÚN EL NUMERO DE CIRUGIAS QUE SE PRETENDER REALIZAR SEGÚN LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN LAS PRESENTES BASES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR EQUIPO LITOTRIPTOR NEUMATICO, INVASIVO PARA LA FRAGMENTACIÓN DE LOS CALCULOS EN VEJIGA, URÉTER Y RIÑON. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
110	DICE: DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA PROCESADOR DE IMÁGENES 36. P IN P (PICTURE IN PICTURE)	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL PROCESADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBE HACERLO EL PROCESADOR
111	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA G) CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 7.5 FR CANAL RECTO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO DESCRIPCIÓN:	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CISTOSCOPIO SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
112	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO DESCRIPCIÓN:	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR URETEROSCOPIO SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
113	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTA PARTIDA AL NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO PARA SU USO BASTARA CON PRESENTAR CATALOGOS/MANUALES PARA COMPROBAR SU FUNCIONES Y CARACTERISTICAS PARA LA PROPUESTA ¿ES CORRECTO?	NO SE ENTIENDE LA PREGUNTA
114	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR REPROCESADORA AUTOMÁTICA SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SE CUMPLA LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
115	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA DEL SERVICIO INTEGRAL, SOLICITAMOS QUE ESTE EQUIPO PUEDA SER OFERTADO DE MANERA OPCIONAL, ESTO ADEMÁS DE QUE EL PERSONAL TECNICO A CARGO DE BRINDAR EL SERVICIO SE OCUPARA DEL REPROCESAMIENTO DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL TECNICO DEL GRUPO DE ENDOSCOPIA DEBERÁ HACERSE CARGO DE ELLO
117	DICE: ANEXO 19.1.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LOS EQUIPOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO EN LAS CASILLAS DE LA TABLA MARCADAS COMO "REGISTRO SANITARIO VIGENCIA, CERTIFICADO DE CALIDAD. VIGENCIA" SE PODRÁ PONER "NO APLICA" ¿ES CORRECTO?	YA FUE CONTESTADA SUPREGUNTA
118	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA 122. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA EL FLUJO DE GAS ARGÓN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPLAY DE LA INFORMACIÓN SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
119	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA ACCESORIOS PARA EQUIPO 126. CÁNULA ENDOSCÓPICA DE APLICACIÓN DE ARGÍON DE LONGITUD PARA COLONOSCOPIA.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE LA MEDIDA DE CÁNULA REQUERIDA. FAVOR DE ACLARAR.	DIAMETRO DE 2.3 MM POR LARGO POR LONGITUD DE 2.2 M DIAMETRO 3.2 MM POR LONGITUD DE 2.2 M

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
120	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA D) FUENTE DE ILUMINACIÓN 50. LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 12V, 35W	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE OFERTAR LUZ LED ESTE PUNTO SE OFERTE DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
121	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA FUENTE DE ILUMINACIÓN 50. LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 12V, 35W	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE EMERGENCIA SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE YA QUE ESTE ESTA DESTINADA A SER UTILIZADA UNICAMENTE EN CASOS IMPREVISTOS Y NO EN PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, POR LO QUE NO TIENE IMPACTO EN LA CALIDAD Y ATENCIÓN BRINDADA AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
122	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA FUENTE DE ILUMINACIÓN 58. VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA MÍNIMO 6 AÑOS	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFRECER UNA LÁMPARA CON VIDA ÚTIL DE 500 HORAS DE USO CONTINUO COMO MÍNIMO, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO, ADEMÁS EN CASO DE QUE SE NECESITE REMPLAZAR LA LÁMPARA ESTO CORRE A CUENTA DEL LICITANTE ADJUDICADO Y NO REPRESENTARA CARGO ALGUNO A LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
123	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA PROCESADOR DE IMÁGENES 47. CON CROMOENDOSCOPIA DIGITAL DE IMAGEN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO SEGÚN NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
124	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA PROCESADOR DE IMÁGENES 48. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 A 120. 50/60HZ	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN MONITOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 V - 240 V, 50/60 HZ. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
125	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA FUENTE DE ILUMINACIÓN 49. FUENTE DE LUZ DE XENON 300 WATTS COMO MÍNIMO O LUZ LED DE 1300 LM	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER FUENTE DE LUZ LED DE HASTA 5,64 W (EQUIVALENTE A UNA FUENTE DE LUZ XENÓN 300 W), YA QUE ESTO NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR COMPROBANDO SU EQUIVALENCIA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
126	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCÓPICA 63. TASA DE FLUJO DE 0 A 500 ML/MIN COMO MINIMO 64. TASA DE FLUJO PARA BIOPSIA 0-600MI/MIN	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE IRRIGACIÓN ENDOSCÓPICA SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN CLINICA PARA LA QUE FUE DISEÑADA EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
127	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO 71. PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN DE 2MM A 100MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO CON PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 5-100MM. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
128	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO 72. DIÁMETRO ESTERIOR DEL TUBO DE INSERCION DE 9.0 A 9.3 MM	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCION DE 9.9 MM. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
129	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2. ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE CAMARA CMOS DE 1/3 LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
130	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA VIDEODUODENOSCOPIO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL DIÁMETRO INTERIOR DEL CANAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIASIÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	82. CANAL DE TRABAJO CON UN DIÁMETRO DE 4,2 MM O MAYOR		
131	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA VIDEOCOLONOSCOPIO 105. PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 2MM A 100 MM Y CERCA DE 2 A 6 MM COMO MÍNIMO	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER VIDEOGASTROSCOPIO CON PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 5-100MM DE CERCA DE 2-6 MM COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?	SU PREGUNTA ESTA MAL REFERENCIADA
132	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA	PREGUNTA: DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS NO REPRESENTAN RIESGO ALGUNO PARA LOS PACIENTES NI TIENEN CONTACTO CON ELLOS, ADEMÁS DE NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO PARA SU USO Y QUE SERÁN UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA DEL INTEGRADOR ADJUDICADO PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR UNICAMENTE LOS MANUALES Y CATALOGOS DE LAS REPROCESADORAS A UTILIZAR EN EL SERVICIO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
133	DICE: 4.7.1.1. SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO…	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNA ESPECIFICACIÓN TECNICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE NO SE EXPRESE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE PERMITAN REFERENCIAR IMÁGENES, DIAGRAMAS O PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE EXPRESE QUE LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	PODRA REFERENCIAR SOLO UN PUNTO DE ESA FORMA, SI SE REFERENCIARA MAS DE UNO, SE DESECHARA LA PROPUESTA.
134	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA 2 ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TÉRMINO DE CAMARA CMOS DE 1/3 LO QUE ES EQUIVALENTE A 3 CHIPS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
135	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA B) EQUIPO DE ENERGÍA ULTRASÓNICA 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINSTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS	PREGUNTA: ENTENDEMOS POR EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONICA, POR TAL BASTARA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUMPLE CON TECNOLOGIA ULTRASONICA Y/O ENERGIA BIPOLAR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REQUERIERE AMBAS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS		
136	DICE: "1.2.4 RELACIÓN DE EQUIPO MÉDICO POR UNIDAD MÉDICA Y TABLA DEL PUNTO 4.2 PARA LAS VISITAS DEL GRUPO TERAPEÚTICO II. ENDOSCOPIA, SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES ÁREAS Y/O SERVICIOS PARA LA COLOCACIÓN DE LA REPROCESADORA"	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE, NOS ACLARE SI EXISTE UN ERROR EN LA SUMA DE REPROCESADORAS, DEBIDO A QUE DENTRO DE LA TABLA DEL 4.2 VIENEN ESPECIFICADAS 11 UBICACIONES, PERO LA CONVOCANTE ÚNICAMENTE SOLICITA 9 REPROCESADORAS EN EL PUNTO 1.2.4. FAVOR DE ACLARAR.	EN UNA DICE 10 Y EN OTRA 9 , POR QUE LA REPROCESADORA DE XOCO ES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Y SE LE DEBERA OTORGAR LO SOLICITADO EN LAS BASES
137	DICE: "ANEXO 1.3, 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, CONSUMIBLES (LOS CONSUMIBLES DEBERÁN INCLUIRSE CADA VEZ QUE SEA NECESARIO), ALIMENTACION: 110 A 120 V, 50/60 HZ"	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO NO SE DEBERÁ REFERENCIAR, DEBIDO A QUE CADA EQUIPO CONTIENE SU CARACTERÍSTICA DE ALIMENTACIÓN, ADEMÁS DE QUE NO CUENTA CON UN NUMERAL Y UNA SECCIÓN ESPECÍFICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO
138	DICE: "ANEXO 1.3, 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO DE LAPAROSCOPÍA, A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA, 3. PROCESADOR DE VIDEO/UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA. 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO."	PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR LA SALIDA DE VIDEO COMPATIBLE CON RGB DE MANERA OPCIONAL, YA QUE, AL SER UNA TECNOLOGÍA OBSOLETA, MUCHOS EQUIPOS YA NO CUENTAN CON ESTA CARACTERÍSTICA, Y, A SU VEZ CUENTAN CON SALIDA DE VIDEO COMPUESTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO ES CORRECTO
139	DICE: "ANEXO 1.3, 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO DE LAPAROSCOPÍA, A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA, 6. 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2, 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS."	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE AL NIVEL DE GAS EN LA BOTELLA. FAVOR DE ACLARAR.	SE NECESITA SABER CANTIDAD DE GAS PARA INSUFLAR, EN EL ENVASE
140	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, PROCESADOR DE IMAGENES, 46. PANTALLA TÁCTIL.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER UN PROCESADOR DE IMÁGENES CON BOTONES DE MEMBRANA, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DELIMITA EN ABSOLUTO EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
141	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, VIDEOGASTROSCOPIO, 68. DE ALTA DEFINICIÓN	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
142	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, VIDEODUODENOSCOPIO, 83. DE ALTA DEFINICIÓN	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA PREGUNTA ESTÁ REPETIDA
143	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIO, 98. DE ALTA DEFINICIÓN	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR, YA QUE ES DONDE SE MANIFIESTA LA SEÑAL EMITIDA POR EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
144	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN Y ARGON PLASMA, 114. EQUIPO CONTROLADO POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 2 BIPOLARES.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO CONTROLADO POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 1 BIPOLAR, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
145	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, SISTEMA DE GENERACIÓN REPORTE, CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO ENDOSCÓPICO, 152. FORMATO DE GRABACIÓN DE AUDIO AC-3/AAC LC.	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, PERMITA RETIRAR ESTE PUNTO DE LA PROPUESTA, YA QUE PARA ENDOSCOPÍA NO ES NECESARIO CONTAR CON UN FORMATO DE GRABACIÓN DE AUDIO Y SOLO ENCARECERÍA LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
146	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, SISTEMA DE GENERACIÓN REPORTE, CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO ENDOSCÓPICO, 153. FORMATO DE GRABACIÓN DE ARCHIVOS C3/AAC1C.	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, PERMITA RETIRAR ESTE PUNTO DE LA PROPUESTA, YA QUE PARA ENDOSCOPÍA NO ES NECESARIO CONTAR CON UN FORMATO DE ARCHIVOS DE AUDIO Y SOLO ENCARECERÍA LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
147	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, SISTEMA DE GENERACIÓN REPORTE, CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO ENDOSCÓPICO, 132. GRABACIÓN DE VIDEO EN DISCO DURO DEL CPU Y EXTERNO (IMPORTACIÓN A CD, DVD, USB Y RED).	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON IMPORTACIÓN A RED SE REFIEREN A GUARDAR EN UNA CARPETA COMPARTIDA VIDEOS E INFORMES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA
148	DICEL: ANEXO 1.3, 1.3.2. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, SISTEMA DE GENERACIÓN REPORTE, CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO ENDOSCÓPICO,	PREGUNTA: SUPONEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A EXPORTAR EL REPORTE DE ENDOSCOPÍA EN FORMATO PDF Y EL INFORME ESTADÍSTICO EN EXCEL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	144. EXPORTAR INFORMES EN PDF Y EXCEL.		
149	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, A) TORRE DE LAPAROSCOPÍA, 6. EQUIPO PARA INSUFLACIÓN DE CO2, 6.6 CON INDICADOR DE ESTADO O NIVEL DE GAS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON INDICADOR DE NIVEL DE GAS, SE REFIERE AL NIVEL DE GAS EN LA BOTELLA. FAVOR DE ACLARAR.	YA SE CONTESTO EN LA PREGUNTA 138
150	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, SE NOS PERMITA OFERTAR UN URETERRENOSCOPIO PEDIÁTRICO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON PUNTA DISTAL REDONDEADA DE 7.3 CHARR., VAINA CÓNICA DE 7.3 CHARR., CON CANAL DE TRABAJO DE 3.6 CHARR, PARA UTILIZAR CON INSTRUMENTOS DE HASTA 3 CHARR., CON SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA Y DIRECCIÓN VISUAL DE 6°. LONGITUD ÚTIL: 25 CM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
151	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA ENDOSCOPIOS, 10. INCLUIR SOPORTE A PARED PARA LOS ENDOSCOPIOS EN EL AREA DE LAVADO CON SOSTEN EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA EVITAR DAÑO EN LA PUNTA DISTAL DE LOS MISMOS, ASÍ COMO LOS CAPUCHONES PARA PROTEGERLOS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITAN PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE AFIRME QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, REALIZAREMOS LA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE PARED PARA LOS ENDOSCOPIOS EN EL ÁREA DE LAVADO, YA QUE NO ES UN EQUIPO MÉDICO O INSUMO QUE SE PUEDA REFERENCIAR. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
152	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA ENDOSCOPIOS, 2. CON AL MENOS 3 CICLOS, UNO DE ELLOS MANUAL.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REPROCESADORA CON 3 CICLOS (PROGRAMAS) AUTOMÁTICOS, SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
153	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA ENDOSCOPIOS, 8. SISTEMA DE FILTRADO DE DESINFECTANTE Y AIRE.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL FILTRADO DE DESINFECTANTE PUEDE SER UN ERROR DE LA FICHA PRESENTADA POR LA CONVOCANTE, YA QUE LOS DESINFECTANTES NO CONTIENEN ELEMENTOS PARA SOLIDIFICARSE Y NO PERMITIR EL PASO POR LA BOMBA DE DOSIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO
154	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "SISTEMA DE FILTRADO DE AIRE Y AGUA". ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	ENDOSCOPIOS, 8. SISTEMA DE FILTRADO DE DESINFECTANTE Y AIRE.		
155	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.4. FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA, 2. REPROCESADORA AUTOMÁTICA PARA ENDOSCOPIOS, 2. CON AL MENOS 3 CICLOS, UNO DE ELLOS MANUAL.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR REPROCESADORA PARA ENDOSCOPIOS CON CAPACIDAD DE REPROCESAR 1 ENDOSCOPIO, TODA VEZ QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIÓN DEL EQUIPO Y SOLO ENCARECE LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
156	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO. 4. CANAL DE TRABAJO OVALADO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CANAL DE TRABAJO SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESO NO DEMERITA EL USO DE ESTE SIEMPRE QUE SEA COMPATIBLE CON LA TORRE DE LAPAROSCOPIA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
157	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO. 5. PARA INSTRUMENTOS DE 4 CHARR.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE BASTARA CON DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO ES ESCALONADO DE 4.5/6.5 CHARR/FR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
158	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO. 6. CON LLAVE AUTOMÁTICA PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL YA QUE SE ENTIENDE QUE CADA URETEROSCOPIO ES CAPAZ DE INTRODUCIÓN LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR DE FORMA SEGURA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
159	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, G) CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 7.5FR CANAL RECTO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIATRICO IZTACALCO. 1. SISTEMA ÓPTICO RÍGIDO DE 7.5 FR.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMO ÓPTICO RÍGIDO DE 4.5/6.5 Fr, EL CUAL ES SEGURO Y APTO PARA PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA PEDIATRICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
160	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, F) URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR URETEROSCOPIO FLEXIBLEPEDIÁTRICO, SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MARCAS DIFERENTES A LAS EXPRESADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
161	DICE: ANEXO 1.3, 1.3.3. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, G) CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 7.5FR CANAL RECTO, UN EQUIPO PARA HOSPITAL PEDIATRICO IZTACALCO	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO, SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARITICIPACIÓN DE MARCAS DIFERENTES A LAS EXPRESADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
162	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA. E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 4. PANTALLA LCD TFC TÁCTIL A COLOR O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANE PERMITA OFERTAR PANTALLA LCD TÁCTIL O CON CONTROL POR BOTONES O PERILLA A COLOR O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
163	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA. E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON BATERÍA CON DURACIÓN DE AL MENOS 5 HORAS, EL CUAL ES SUFICIENTE PARA LO QUE ES REQUERIDO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
164	DICE: ANEXO 1.3., 1.3.1 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAPAROSCOPIA. E) OXIMETRO DE PULSO, CANTIDAD UN EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO. 5 BATERÍA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE AL MENOS 10 HORAS Y TIEMPO DE CARGA DE MÍNIMO 6 HORAS.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON BATERÍA CON TIEMPO DE CARGA SEGÚN CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESTE PUNTO NO TENDRÁ IMPACTO CLINICO SOBRE EL PACIENTE, ADEMÁS EL PERSONAL TÉCNICO ASISTENTE DEL SERVICIO SERÁ RESPONSABLE DE TENER EL MONITOR CON LA BATERIA TOTALMENTE CARGADA EN TODO MOMENTO. ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTO
165	**EQUIPOS MÉDICOS**	**DICE:** LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. EL LICITANTE SE COMPROMETE A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES AÑOS. **PREGUNTA:** DERIVADO QUE SE OFERTARAN EQUIPOS NUEVOS DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS LA INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICION ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR Y DEBERA ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 2.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
166	EQUIPOS MÉDICOS	**DICE:** LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. EL LICITANTE SE COMPROMETE A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES AÑOS. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.3 FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS FUNCIONALES EN OPTIMAS CONDICIONES, COMO FECHA DE FABRICACION MAXIMO 5 AÑOS GARANTIZANDO EL CAMBIO DEL EQUIPO EN CASO DE FALLA, ESTO CON EL FIN DE NO ENCARECER EL SERVICO DERIVADO DE LA DURACION DEL CONTRATO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTAR EQUIPOS CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES AÑOS
167	EQUIPOS MÉDICOS	**DICE**; PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, EN LA PROPUESTA TÉCNICA. **PREGUNTA:** DERIVADO QUE SE OFERTARAN EQUIPOS NUEVOS DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS LA INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICON ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS ¿SE ACEPTA?	YA SE CONTESTO LA PREGUNTA EN REPETIDAS OCASIONES
168	DEL INSTRUMENTAL:	**DICE:**SE COMPROMETE A INSTALAR INSTRUMENTAL NUEVO O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, MARCA Y MODELO. **PREGUNTA:** DERIVADO QUE SE OFERTARA INSTRUMENTAL NUEVO O DE RECIENTE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL NOS COMPROMETEMOS QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS LA INFORMACION SOLICITADA CON DOCUMENTOS QUE AVALEN LA FECHA DE RECIEN ADQUISICION ATRAVEZ DE FACTURAS O PEDIMENTOS ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR Y DEBERA ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 2.
169	4.1 MUESTRAS	**DICE:** EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR **MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, NO CADUCAS** DE LOS RENGLONES SEÑALADOS **PREGUNTA:** DERIVADO QUE LAS MUESTRAS SON DE CARÁCTER DEVOLUTIVO Y QUE SE ESTAN SOLICITANDO NO CADUCAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO ABRIR O DAÑAR LAS	LAS MUESTRAS DEBERÁN SER FÍSICAS ÚTILES Y NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS CADUCADAS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		MUESTRAS O DE LO CONTRARIO SE NOS PERMITA ENTREGAR MATERIAL CADUCO QUE PERFECTAMENTE PUEDE SER ABIERTAS O MANIPULADAS POR LOS MÉDICOS QUE HARÁN LA REVISIÓN ¿SE ACEPTA?	
170	**4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA,SUBNUMERAL 4.7.1.1**	**DICE:** LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REFRENCIADOS DEL SERVICIO INTEGRAL QUE OFERTEN, DEBERÁN SER ORIGINALES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR RUBRICADOS POR QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA E IDENTIFICADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA. LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO LO SON CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO. **PREGUNTA:** DEBIDO A QUE MUCHOS MANUALES O CATÁLOGOS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS PUEDEN CONTENER HASTA ARRIBA DE 400 HOJAS, SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LA CARATULA, Y LA O LAS PAGINAS DONDE SE DESCRIBAN LAS CARACTERISITICAS OFERTADAS **¿SE ACEPTA?**	PODRÁ PRESENTAR CATÁLOGOS, MANUALES DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO COMPLETOS EN FORMATO DIGITAL, SIN EMBARGO, SE DEBERÁ IMPRIMIR Y REFERENCIAR CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS Y FICHAS
171	**4.7.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE**	**DICE:** EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL CARTA DE APOYO SOLIDARIO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, (CON FECHA DEL MES Y DEL AÑO DE LA LICITACIÓN) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS INSUMOS Y SOFTWARE OFERTADO, GARANTIZANDO EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIÓN QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LAS PARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DE LAS MISMAS. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EN ORIGINAL CARTA DE APOYO SOLIDARIO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN **¿SE ACEPTA?**	NO SE ACEPTA, LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE SOLO PODRÁ SER DEL FABRICANTE Y /O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
172	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	1.3.5 SETS DE INSTRUMENTAL **DICE:** TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM. ENTENDEMOS QUE ESTE MISMO PUNTO ES EL QUE SOLICITAN EN LA FICHA TECNICA DE INSUMOS1.3.8 "MANGUERA PARA	ES CORRECTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN CON" Y QUE NO DEBEREMOS OFERTARLO DOBLE, YA QUE ESTO GENERARIA UN MAYOR GASTO PARA LA CONVOCANTE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	
173	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	**DICE: TIJERA DE GANCHO 5MM X36CM.** **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA NO INCLUIR ESTE INSTRUMENTAL, YA QUE SE OFERTA ESTA MISMA CON LA DESCRIPCIÓN DE "TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE." LO CUAL GENERA SE DUPLIQUE Y GENERA UN COSTO EXTRA AL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
174	1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	**DICE:** PLACA DESECHABLE DIVIDIDA, SUPERFICIE 110 CM2, CON CABLE DE 3 M. MATERIAL CONDUCTIVO: PELÍCULA COMPUESTA DE ALUMINIO CON HIDROGEL. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN "PLACA DE ELECTROCAUTERIO PARA PACIENTE DIVIDIDA 110 CM. CUADRADOS" **¿SE ACEPTA?**	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CORRESPONDA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE ELECTROCOAGULACIÓN
175	1.3.5 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA 1.3.8 FICHA TECNICA DE INSUMOS	DICE: EJEMPLO p. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARG BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DES **PREGUNTA:** ENTENDEMOS QUE PARA EL INSTRUMENTAL O CONSUMIBLES QUE SE ENCUENTRAN EN UN SOLO NUMERAL DEBEREMOS RECORRER EL NUMERO O RENGLON PARA PODER OFERTAR DE UNA MEJOR MANERA ¿SE ACEPTA?	NO, DEBERA RESPETARCE LA NUMERACIÓN
176	1.3.8, HISTERECTOMÍA	DICE: INMOVILIZADOR UTERINO REUSABLE TRANSVAGINAL **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INMOVILIZADOR UTERINO DE UN SOLO USO ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
177	1.3.8, OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL (OTB)	DICE: 8. PINZA O MANGO TIPO PISTOLA PARA SELLADO DE VASOS O TEJIDO DE 5 MM., X 30 A 35 CM DE LONGITUD, 9. PINZA PARA PARA CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 5MM 36 CM. DE LONGITUD PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS PUNTOS 8 Y 9 SE REFIEREN AL MISMO PRODUCTO YA QUE GENERARIA SE DUPLIQUE Y GENERA UN COSTO EXTRA AL PROCEDIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
178	1.3.8. FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	DICE: 11. LÁPIZ/MANGO PORTA ELECTRODO DESECHABLE CON 2 PULSADORES INDEPENDIENTES PARA CORTE Y COAGULACIÓN, 12. ELECTRODO DE CUCHILLO ESTÁNDAR Y CABLE DE 3 M. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL PUNTO 11 Y 12 YA QUE SE REFIERE A LA MISMA DESCRIPCION DEL PRODCUTO FAVOR DE ACLARAR	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE
179	1.3.8FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA, PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINAL	DICE: MALLA DE POLIPROPILENO DE 15 A 25 CM X 15 A 25 CM. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR, MALLA DE POLIPROPILENO INGUINAL TAMAÑO 25 X 35.5 ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERAR SIN SER LIMITANTE
180	1.3.9FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: SEIS AMPULAS DE TERLIPRESINA DE 1 MG SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FAVOR DE RETIRAR ESTE PUNTO, YA QUE ES UN MEDICAMENTO QUEDA FUERA DE CONTEXTO DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ENDOSCOPIA Y CON ESTO EVITAR ENCARECER LA PROPUESTA, YA QUE LOS MEDICAMENTO SON PROPORCIONADOS POR LAS UNIDADES MEDICAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
181	1.3.9FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: SEIS AMPULAS DE TERLIPRESINA DE 1 MG EN CASO DE LA NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO SOLICITAR LA CARTA DE APOYO PARA ESTE PUNTO, YA QUE LAS FARMACÉUTICAS NO NOS OTORGAN CARTAS DE APOYO PARA ESTE PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
182	1.3.10 1.3.10 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: ENDOBAG PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BOLSA COLECTORA DE ESPECIMEN ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
183	1.3.9FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: KIT DE DILATADORES DE SAVARY-GILLIARD (4 A 6 DIAMETROS). **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CAP DE FIJACION ENDOSCÓPICA PARA DILATAR LAS ESTENOSIS 7, 8, 10, 12 ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
184	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		PANORÁMICA DE 30 HASTA 31 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?	
185	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 2. DOS PINZAS DE AGARRE GRASPER ATRAUMATICAS DE 5MM DE 36CM DE LARGO CON CREMALLERA DESMONTABLE, CON ABERTURA BILATERAL. 1 TIJERA METZENBAUM DE 5 MM SIN CREMALLERA DE 36 CM DESMONTABLE. PREGUNTA: SE ENTIENDEN QUE SON DOS TIPOS DE PINZAS DIFERENTES EN EL MISMO PUNTO, LO QUE INCREMENTA EL NUMERO DE INSTRUMENTAL A OFERTAR, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO SE REQUIEREN LAS DOS PINZAS
186	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE. PREGUNTA: LA CONVOCANTE SOLICITA UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO, LO CORRECTO SERÍA 5 MM X 36 **CM** DE LARGO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
187	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 3. UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 5 MM X 36 DE LARGO SIN CREMALLERA DESMONTABLE. PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA PINZA DISECTORA TIPO MARYLAND Y/O KELLY LARGAS DE 33 A 36 CM DE LARGO SIN CREMALLERA, DESMONTABLE ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
188	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. PROCEDIMIENTO 1	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 4. UNA PINZA DE AGARRE O EXTRACTORA DE 10 MM CON CREMALLERA DESMONTABLE. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE A UNA PINZA DE 2X3 DIENTES O PINZA DE GARRA, CON CREMALLERA Y DESMONTABLE. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO
189	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 5. UN ELECTRODO EN "L", 5MM 36CM DE LARGO MONOPOLAR.	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN ELECTRODO EN "L", DE 34 HASTA 36 CM DE LONGITUD, 5 MM DE DIÁMETRO ¿SE ACEPTA?	
190	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 6. UN ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 5MM 36 CM DE LARGO MONOPOLAR PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA ELECTRODO EN ESPÁTULA, DE 34 A 36 CM DE LONGITUD, 5MM DE DIÁMETRO ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
191	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 7. UN TUBO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON LLAVE DE 2 VÍAS DE 5MM Y 10 MM X 36MM. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TUBOS DE IRRIGACIÓN DE 5MM Y 10MM, QUE VAN DE 31 A 36CM Y 33 A 36 CM, RESPECTIVAMENTE ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
192	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 8. UN APLICADOR DE CLIPS ENDOSCÓPICO DE 10 MM QUE CONSTA DE MANGO Y VAINA METÁLICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APLICADOR DE CLIPS ENDOSCOPICO DE 10 MM, MANGO Y VAINA METALICOS E INSERTO DE PORTA CLIPS PARA CLIPS ETHICON LT-300 ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
193	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 9. UN CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM. PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL TIPO DE CABLE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA Y EL EQUIPO QUE SE ESTA OFERTANDO EN LA FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO PARA LAPAROSCOPIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
194	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 10. UN RETRACTOR DE ABANICO DESMONTABLE, EXTENSIBLE 10MM, LONGITUD 36CM. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE,	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		EXTENSIBLE, DE 10 MM, DE 32 A 36 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?	
195	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 12. UNA PINZA BABCOCK DE 10MM 36 CM DE LONGITUD CON CREMALLERA DESMONTABLE. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PINZA DE BABCOCK DE 10 MM, CON CREMALLERA, DESMONTABLE Y DE 33 A 36 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
196	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 1.- APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 13. DOS PINZAS INTESTINALES DE 10MM 36 CM LONGITUD. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PINZA INTESTINAL DE 10 MM, DE 33 A 36 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
197	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 4.- HISTERECTOMÍA, 13. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO; ENERGÍA DE CUALQUIER TIPO (POR EJEMPLO, LIGASURE); PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ACLARAR SI SE REFIERE AL EQUIPO DE ENERGIA QUE SE ESTA OFERTANDO EN LA FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO PARA LAPAROSCOPIA. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTO
198	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 4.- HISTERECTOMÍA, 14. UN SEPARADOR BABCOCK EN ABANICO; PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE, SI SE REFIERE A UN RETRACTOR EN ABANICO O UNA PINZA BABCOCK, YA QUE SE ESTAN OFERTANDO LAS MISMAS EN NUMERALES ANTERIORES DEL MISMO PROCEDIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTO
199	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 4.- HISTERECTOMÍA, 15. UN PORTAAGUJAS LAPAROSCOPICO. EN EL NUMERAL 15, LA CONVOCANTE REQUIERE UN PORTAAGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO DE 5MM Y 36 CM, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
200	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 4.- HISTERECTOMÍA, 13. UN RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO; ENERGÍA DE CUALQUIER TIPO (POR EJEMPLO, LIGASURE).	LOS NECESARIOS PARA ESTERILIZAR ESE INSTRUMENTAL

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SOLO SE REFIERE OFERTAR EL RECIPIENTE PARA ESTERILIZACION Y ALMACENAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR	
201	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA, 8.- PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINALLAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO, 11. 1 PORTA AGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA CON INSERTO 5MM X 36CM. NUMERAL 11, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL PORTAAGUJAS CURVO A LA IZQUIERDA, DEBE SER MANGO RECTO Y DE UNA SOLA PIEZA, DESMONTABLE Y DE 31 CM A 36 CM DE LONGITUD. FAVOR DE ACLARAR	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
202	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 19. PLACAS Y CABLES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PREGUNTA: SE REFIERE A LA PLACA DE RETORNO DESECHABLE Y CABLE MONOPOLAR REUSABLE QUE SE ESTA REQUIRIENDO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
203	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE: 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. 9.- REFLUJO GÁSTRICO ESOFÁGICO (CIRUGÍA DE HIATO) LAPAROSCÓPICA, POR UN PROCEDIMIENTO, 12. UNA BAJA NUDOS EXTRACORPÓREO DE 5MM X 36MM. 1 RECIPIENTE PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI EL BAJANUDOS EXTRACORPOREO DEBE SER DE MANGO RECTO Y EN UNA PIEZA Y DE 33 A 36 CM DE LONGITUD. FAVOR DE ACLARAR	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
204	1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA.	DICE 1.3.5 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA. 10.- TORACOSCOPIA POR PROCEDIMIENTO, 14. UNA PINZA DE DISECCIÓN CURVA TIPO SNAKE O PUNTA DIAMANTE 29 CMS. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA PINZA DE DISECCION CURVA TIPO SNAKE O PUNTA DIAMANTE 29 CMS, SE REFIERE A UNA PINZA DE CIRUGIA GENERAL DE BAKEY DE 30 CM, O BIEN UNA PINZA HARRINGTON DE 29.5 CM. FAVOR DE ACLARAR	ES INCORRECTA SU APRECIACIÓN
205	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 1. ÓPTICA DE 3.5 MM LONGITUD ÚTIL DE 300 MM, DIRECCIÓN VISUAL DE 0° Y 30°. NUMERAL 1, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OPTICA DE 3.3 A 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 25 A 30 CM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
206	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 4. PORTA AGUJAS MODULAR RECTO, CON INSERTO DE METAL DURO, 3,5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD ÚTIL DE 310 MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "PORTAGUJAS CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, MANDÍBULAS CURVADAS A LA IZQUIERDA, MANGO RECTO, CON BLOQUEO DESCONECTABLE, TAMAÑO 3 MM, LONGITUD 36 CM" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
207	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 5. ELECTRODO DE GANCHO MONOPOLAR DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD ÚTIL DE 310 MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "ELECTRODO DE COAGULACIÓN Y DISECCIÓN, FORMA DE L, AISLADO, CON CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 36 CM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
208	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 6. PINZA DE AGARRE Y DISECCIÓN MARYLAND AMBAS MANDÍBULAS MÓVILES, MONOPOLAR, 240 MM DE LONGITUD ÚTIL Y 3.5 MM DE DIÁMETRO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN DE KELLY, GIRATORIAS, DESMONTABLES, AISLADAS, CON CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, CON CONEXIÓN DE IRRIGACIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, ABERTURA BILATERAL, LARGAS, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 20 CM" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
209	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 7. DOS TIJERAS METZENBAUM, DENTADO FINO Y CURVADO AMBAS MANDÍBULAS MÓVILES, MONOPOLAR, 420 MM DE LONGITUD ÚTIL Y 3.5 MM DE DIÁMETRO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "TIJERAS GIRATORIAS, DESMONTABLES, AISLADAS, CON CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, CON CONEXIÓN DE IRRIGACIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, ABERTURA BILATERAL, DENTADAS, CURVADAS, CÓNICAS, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 20 CM ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA 8. PINZA DE AGARRE Y DISECCIÓN RECTA, AMBAS MANDÍBULAS MÓVILES, SIN ENERGÍA Y CON CREMALLERA, 240 MM DE LONGITUD ÚTIL, 3.5 MM DE DIÁMETRO.	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "PINZAS DE AGARRE GIRATORIAS, DESMONTABLES, SIN CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, CON CONEXIÓN DE IRRIGACIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, ABERTURA UNILATERAL, MANDÍBULAS RECTAS, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 20 CM ¿SE ACEPTA?	
210	1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA 9. PINZA DE AGARRE ATRAUMÁTICA, FENESTRADA, AMBAS MANDÍBULAS MÓVILES, SIN ENERGÍA, CON MECANISMO DE CREMALLERA, LONGITUD ÚTIL DE 240 MM Y 3.5 MM DE DIÁMETRO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "PINZAS DE AGARRE GIRATORIAS, DESMONTABLES, SIN CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN UNIPOLAR, CON CONEXIÓN DE IRRIGACIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, ABERTURA BILATERAL, ATRAUMÁTICAS, FENESTRADAS, TAMAÑO 3,5 MM, LONGITUD 20 CM ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMAS LICITANTES
212	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 20. TUBO DE AIRE COMPRIMIDO PARA SUMINISTRO CENTRALIZADO DE PRESIÓN CON CONECTOR TIPO DRÄGER. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE AL TUBO DE LITOTRIPTOR. FAVOR DE ACLARAR	SE ELIMINA ESTE EPUNTO
213	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 11. DOS KOCHER DE 20 CM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ESTA ES UNA PINZA DE CIRUGÍA ABIERTA. FAVOR DE ACLARAR	NO SE ACEPTA, EL SERVICO INTEGRAL NO CONTEMPLA CIRUGÍAS ABIERTAS
214	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 12. DOS GRASPER DE 20 CM PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL DIÁMETRO DE LA PINZA Y EL TIPO DE CREMALLERA. FAVOR DE ACLARAR	EL DIAMETRO ES DE 5 MM CON CREMALLERA.
215	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 13. DOS BACOOCK DE 20 CM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL DIÁMETRO DE LA PINZA Y EL TIPO DE CREMALLERA. FAVOR DE ACLARAR	EL DIAMETRO ES DE 5 MM CON CREMALLERA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
216	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 14. DOS PINZAS DE COCODRILO 20 CM Y 15 CM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ESTA ES UNA PINZA DE CIRUGÍA ABIERTA. FAVOR DE ACLARAR	NO ES DE CIRUGÍA ABIERTA
217	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA 16. DOS PINZAS EXTRACTORA DE 10 MM Y 20 MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ESTA ES PINZA PARA CIRUGÍA ABIERTA. FAVOR DE ACLARAR	NO ES DE CIRUGÍA ABIERTA
218	1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA	DICE: 1.3.7 FICHA TECNICA DE INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA PEDIÁTRICA, 25. PINZAS CAIMAN GUIAS HIDROFILICAS 0.018 MM PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS PINZAS CAIMAN SON PARA CIRUGIA ABIERTA Y DAR MAS ESPECIFICACIONES. FAVOR DE ACLARAR	ES INCORRECTA SU APRECIACIÓN, LAS PINZAS CAIMÁN SON UTILIZADAS PARA LITROTIPCIA
219	1.3.6 INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	DICE: 1.3.6 INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA COMO INSUMO DE ENDOSCOPIA, YA QUE SE DISMINUYE EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA, Y LOS PROVEEDORES OFERTAN LOS MISMOS COMO DE UN SOLO USO, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFETAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
220	1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA	DICE: 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, 113. ASAS DE POLIPECTOMÍA DE DIVERSAS MEDIDAS. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAS ASAS DE POLIPECTOMIA DE DIVERSAS MEDIDAS COMO INSUMO PARA ENDOSCOPIA Y ASI EVITAR GASTOS REPETIDOS PARA LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFETAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
221	1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA	DICE: 1.3.2 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA, 78. PINZAS PARA BIOPSIA. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LAS PINZAS PARA BIOPSIA COMO INSUMO PARA ENDOSCOPIA Y EVITAR GASTOS REPETIDOS PARA LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFETAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
222	FICHA TECNICA EQUIPO 1.3.2 1.3.9 FICHA TECNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: SPYGLASS COMPLETO PARA FRACTURA DE LITOS GRANDES QUE NO PASAN POR EL CANAL EN CASO NECESARIO Y PREVIAMENTE PROGRAMADO: SPYGLASS COMPLETO PARA FRACTURA DE LITOS GRANDES QUE NO PASAN POR EL CANAL	DEBERA INCLUIRLO COMO PARTE DE SU SERVICO INTEGRAL (POR EVENTO).

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE COMO OFERTAREMOS EL EQUIPO DE **SPYGLASS** YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE UN EQUIPO MUY COSTOSO, ARRIBA DE LOS $100,000.00 PESOS, ¿LA SEDESA TIENE VISUALIZADO EL COSTO DE ESTE EQUIPO? Y COMO SE VA A OFERTAR O COTIZAR **FAVOR DE ACLARAR**	
223	1.3.9 FICHA TECNICA DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA	DICE: UN EQUIPO HEMOSTÁTICO ENDOSCOPICO EN POLVO DE APLICACIÓN LOCAL CON DISPOSITIVO, EQUIPO COMPRESOR DE AIRE (DESECHABLE O REUSABLE) PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR, SISTEMA HEMOSTÁTICO POLISACÁRIDO ENDOCLOT PHS CONSTA DE UN DISPOSITIVO MÉDICO (DOSIFICADOR) Y. COMPRESOR DE AIRE, COMPATIBLE CON EL APLICADOR ENDOCLOT. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFETAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
224	1.3.8 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	DICE: 3.-HIDROCELECTOMÍA BILATERAL (VARICOCELE)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO. RENGLON **9.** PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR A QUE PRODUCTO SE REFIERE EN ESTE RENGLÓN YA QUE COLOCA TRES PRODUCTOS EN ESTE RENGLÓN (PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL) YA QUE EN EL RENGLÓN ANTERIOR YA ESTA SOLICITADO EL PAQUETE DE 6 CLIPS. FAVOR DE ACLARAR.	SON PRODUCTOS SEPARADOS
225	1.3.8 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	DICE: 3.-HIDROCELECTOMÍA BILATERAL (VARICOCELE)LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO. RENGLON 9. PAQUETE DE 6 A 8 CLIPS. BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL PREGUNTA: EN CASO DE QUE A LA PREGUNTA ANTERIOR LA RESPUESTA SEA, QUE SE SOLICITA A EL BALÓN DILATADOR, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR ESTE PRODUCTO, SIN DOCUMENTACIÓN O SE OMITA DE LAS PRESENTES BASES YA QUE ES PRODUCTO EXCLUSIVO DE UNA MARCA EN EL PAÍS (MEDTRONIC) Y ESTO IMPOSIBILITA A LA PROVEEDURÍA SU DISTRIBUCIÓN POR LO TANTO EL APOYO ADEMÁS DE ENCARECER AL DOBLE EL SERVICIO A DONDE SE REQUIERE. ¿SE ACEPTA?	EL TROCAR CON BALON DILATADOR ES NECESARIO PARA EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE HIDROSELECTOMÍA BILATERAL PARA ESTE TROCAR CON BALON DILATADOR UNICAMENTE SE PODRÁ ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EMITIDO POR UN DISTRIBUIDOR DE LA MARCA ADJUNTANDO EL REGISTRO SANITARIONO.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
226	1.3.8 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA	DICE: 8.- PLASTIA INGUINAL Y DE PARED ABDOMINAL LAPAROSCÓPICA, POR PROCEDIMIENTO, RENGLON 9. TRÓCAR CON BALÓN DILATADOR, PARA ESPACIO PREPERITONEAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR ESTE PRODUCTO, SIN DOCUMENTACIÓN O SE OMITA DE LAS PRESENTES BASES YA QUE ES PRODUCTO EXCLUSIVO DE UNA MARCA EN EL PAÍS (MEDTRONIC) Y ESTO IMPOSIBILITA A LA PROVEEDURÍA SU DISTRIBUCIÓN POR LO TANTO EL APOYO ADEMÁS DE ENCARECER AL DOBLE EL SERVICIO A DONDE SE REQUIERE. ¿SE ACEPTA?	EL TROCAR CON BALON DILATADOR ES NECESARIO PARA EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE HIDROSELECTOMÍA BILATERAL PARA ESTE TROCAR CON BALON DILATADOR UNICAMENTE SE PODRÁ ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EMITIDO POR UN DISTRIBUIDOR DE LA MARCA ADJUNTANDO EL REGISTRO SANITARIONO.
227	2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS MÉDICOS	DEBIDO A QUE PARA EL SERVICIO SE PUEDE OFERTAR EQUIPO NUEVO Y ESTE NO HA SIDO ADQUIRIDO POR LO TAL, AÚN NO SE CUENTA CON EL *CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO*, MISMO QUE SE OBTENDRÁ UNA VEZ QUE EL EQUIPO SEA ADQUIRIDO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE EL PARTICIPANTE SE COMPROMETA A PRESENTAR LOS CERTIFICADOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. **¿SE ACEPTA?**	YA SE CONTESTO
228	2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 2.2. GRADO DE INTEGRACIÓN. Y 4.6. G.	EL ARTICULO 30 TRATA SOBRE "BIENES A ADQUIRIR" Y EN ESTE EVENTO SE ESTÁ LICITANDO UN "SERVICIO" POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y ACCESORIOS DE ORIGEN EXTRANJERO SIEMPRE QUE EL LICITANTE SEA DE ORIGEN NACIONAL. ESTO DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA EN ESTE SERVICIO ÚNICAMENTE ES CUMPLIDA POR MARCAS EXTRANJERAS LAS CUALES SON GOLD ESTÁNDAR EN EL MERCADO. **¿SE ACEPTA?**	YA SE CONTESTO
229	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD I. REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PRESENTAR ÚNICAMENTE EL ANVERSO DE LOS REGISTROS SANITARIOS, YA QUE EL REVERSO NO CONTIENE INFORMACIÓN **¿SE ACEPTA?**	NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR ANVERSO Y REVERSO.
230	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD I. REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OMITIR LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE DE DERECHOS DEL SOMETIMIENTO A PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE EL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE QUE SE PRESENTARÁ ÚNICAMENTE ES EMITIDO SI SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE **¿SE ACEPTA?**	NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON EL PUNTO I. DEL REGISTRO SANITARIO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

No.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
231	4.7.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES B. NORMAS ESPECÍFICAS A APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD II. NO REQUISITO DE REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACUERDO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 DEL BIEN COINCIDA RESPECTO A LA INTENCIÓN DE USO, NO SIENDO NECESARIO QUE CORRESPONDA JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE **¿SE ACEPTA?**	NO SE ACEPTA
232	4.7.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS:	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO CONDICIONES BAROMÉTRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, UNA VEZ ADJUDICADOS O EN SU CASO QUE SEAN OMITIDAS, YA QUE LAS CONDICIONES BAROMÉTRICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO SE CONSIDERAN EXTREMAS. **¿SE ACEPTA?**	LAS CONDICONES BAROMETRICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, SI SON EXTREMAS, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES, DEBERÁ ENTREGAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ESTE PUNTO SE REALIZARÁ AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.

---

3. HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1.3 1.3.4 FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA (PAG. 60) NUMERAL 1.	EN RELACIÓN A LA FICHA TÉCNICA DE LA REPROCESADORA, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE EQUIPO PARA EL REPROCESAMIENTO DE 1 ENDOSCOPIO, MEJORANDO LOS TIEMPOS DEL PROCESO DE HASTA UN 40% DE FORMA SIGNIFICATIVA.	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	ANEXO 1.3 1.3.4 FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA (PAG. 60) NUMERAL 3.	LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR LA DIFERENCIA ENTRE "PANEL DE CONTROL" Y "PANTALLA", YA QUE EL EQUIPO QUE DESEAMOS OFERTAR CUENTA CON PANTALLA TÁCTIL, EN LA CUAL SE PUEDE HACER EL CONTROL DEL REPROCESAMIENTO DEL ENDOSCOPIO, A TRAVÉS DE UN SUB MENÚ.	EL PANEL DE CONTROLES DONDE SE PROGRAMA Y LA PANTALLA ES DONDE SE VISUALIZA LOS VALORES PREESTABLECIDOS, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
3	ANEXO 1.3 1.3.4 FICHA TÉCNICA DE REPROCESADORA (PAG. 60) NUMERAL 6.	LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CONSIDERE QUE ALGUNOS DESINFECTANTES DE ALTO NIVEL, COMO ES EL CASO DEL ORTOFTALDEHIDO AL 55% NO REQUIEREN AUMENTO DE TEMPERATURA, YA QUE NO NECESITA ACTIVACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE DESINFECCIÓN DE MANERA ÓPTIMA, EL CUAL SE MONITORIZA CON LAS TIRAS PARA LA LECTURA DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA EFECTIVA.	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIN EMBARGO LOS INSUMOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO PROPUESTO Y EVITAR DAÑO A LOS ENDOSCOPIOS
4	PUNTO 2 2.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO EQUIPOS MEDICOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA INSTALAR EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD DE 5 AÑOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTUALIZACIONES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE EXISTE DESABASTO DE EQUIPAMIENTO QUIRÚRGICO EN EL MERCADO	NO SE ACEPTA, LA ANTIGÜEDAD SOLICITADA ES DE TRES AÑOS
5	ANEXO 1.2. PUNTO 1.2.3 PROCEDIMEINTOS DE UROLOGIA PEDIATRICA	EN VIRTUD DE QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA SON 15, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA INSTALAR LOS EQUIPOS PARA CUANDO SE PROGRAME UN PROCEDIMIENTO	SE ACEPTA, DEBERÁ PROGRAMARSE CON LA JEFATURA DE SERVICIO, LA ENTREGA DE LA TORRE INSUMOS E INSTRUMENTAL EN CASO DE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"**.

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		Y NO TENERLOS INSTALADOS PERMANENTEMENTE Y NO SE INCREMENTES LOS COSTOS.	CANCELACIÓN DE CIRUGÍA SE HARÁ POR NO LLEVARLOS Y SE HARÁ LA PENALIZACIÓN RESPECTIVA.
6	ANEXO 1.2 PUNTO 1,2,2 PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA	EN ESTE PUNTO SE SEÑALA QUE SE HARÁN PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS (ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA O COLONOSCOPIA) SIN EMBARGO EN EL PUNTO 1.3 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARA ENDOSCOPIA NO SOLICITAN BRONCOSCOPIO, SERÁ NECESARIO PROPORCIONARLO Y EN QUE HOSPITALES?	NO ES NECESARIO EL BRONCOSCOPIO
7	PUNTO 1.2.3. INCISO I) EQUIPO DE ELECTROCOAGULACION Y ARGON PLASMA	PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE EN QUE HOSPITALES SE DEBERÁ PROPORCIONAR LOS EQUIPOS?	EN LOS HOSPITALES QUE TIENEN PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA (ELECTROCOAGULACIÓN) Y ENDOSCOPIA (ARGÓN PLASMA)
8	ANEXO 1.3 1.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO INCISO A) 1.2	1.2 RESOLUCION DE 1920 X 1200. RESOLUCIÓN DE 1920X1080. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA RESOLUCIÓN FULL HD DE ALTA CALIDAD QUE EQUIVALE A 1920X1080, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9	ANEXO 1.3 1.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO INCISO A) 1.3	1.3 CON OPCION DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL PUNTO 1.1.2 CON C-VIDEO SE REFIERE A VIDEO COMPUESTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA
10	ANEXO 1.3 1.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO INCISO A) 1.4	1.4 CON OPCION A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A ESPECIALIDAD MÉDICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE EL PUNTO 1.1.4 COMO OPCIONAL YA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA NO REQUIERE AJUSTES DE TEMPERATURA DE COLOR EN EL MONITOR PARA CADA ESPECIALIDAD, SIENDO LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES Y FAVORECIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ REFERENCIAR COMO LO HARÁ, LA TECNOLOGÍA PROPUESTA
11	ANEXO 1.3 1.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO INCISO A) PUNTO 2	2. ENDOCAMARA O CABEZAL DE CAMARA HD DE 3 CHIPS. CABEZAL DE CÁMARA DE 1 CHIP CMOS. COD.TH110 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CABEZAL DE CÁMARA DE 1 CHIP CMOS, YA QUE EL CHIP CMOS REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA SOBRE LOS CHIPS CCD, POR LO QUE YA NO ES NECESARIO QUE SEAN 3 PARA OBTENER UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
12	ANEXO 1.3 1.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO INCISO A) PUNTO 2 2.1	2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD. RESOLUCIÓN DE 1920X1080 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA RESOLUCIÓN FULL HD QUE EQUIVALE A 1920X1080, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
13	ANEXO 1.3 1.3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO INCISO A) PUNTO 2 2.5	2.5 CON BOTÓN PARA ZOOM ÓPTICO. CON BOTÓN PARA CONTROL DE ZOOM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL PUNTO 1.2.5 SE REFIERE A CONTROL DEL ZOOM DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
14	ANEXO 1.3 1.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO INCISO A) PUNTO 3 3.2	3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO. CON 2 SALIDAS DE VIDEO DVI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 SALIDAS DIGITALES DVI, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
15	ANEXO 1.3 1.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO INCISO A) PUNTO 3 3.3	3.3 CON PRE-CONFIGURACIONES DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS SISTEMA INTERDISCIPLINARIO PARA LAS ESPECIALIDADES LAPAROSCOPÍA, UROLOGÍA, GINECOLOGÍA, ARTROSCOPÍA, ORL Y GASTROENTEROLOGÍA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE EL PUNTO 3.3.3 SEA OPCIONAL YA QUE SE REFIERE A UNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DE OTRA CASA COMERCIAL Y NUESTRA TECNOLOGÍA OFRECE UN SISTEMA DE USO INTERDISCIPLINARIO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, UROLOGÍA, GINECOLOGÍA, ARTROSCOPÍA, ORL Y GASTROENTEROLOGÍA, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES Y FAVORECIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ SER OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO EN SU PROPUESTA SE INDIQUE QUE ESTE SISTEMA INTERDICIPLINARIO ES SIMILAR A LO SOLICITADO.
16	ANEXO 1.3 1.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO INCISO D) PUNTO 1	1.UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. APARATO DE ALTA FRECUENCIA PREVISTO PARA GENERAR POTENCIA ELÉCTRICA A FIN DE REALIZAR CORTES Y COAGULACIONES UNIPOLARES Y BIPOLARES DURANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN TEJIDOS. **COD.UH400U, UF902** SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 1 COMO: "APARATO DE AF PREVISTO PARA GENERAR POTENCIA ELÉCTRICA A FIN DE REALIZAR CORTES Y COAGULACIONES UNIPOLARES Y BIPOLARES DURANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN TEJIDOS", ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO ELECTROQUIRURGICO DE RADIO FRECUENCIA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR, YA SEA DE ENERGÍA BIPOLAR Y ULTRASONICA, ADEMÁS DE TODO EL MATERIAL, INSTRUMENTAL E INSUMOS PARA ASEGURAR LA COMPLETA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO.
17	ANEXO 1.3 1.3.3 EQUIPO MEDICO PARA UROLOGIA PEDIATRICA INCISO A) PUNTO 1.2, 1.3 Y 1.4	1.1 CON PANTALLA LED DE MAYOR O IGUALA A 24", CON PANTALLA LCD DE 27" CON RETROILUMINACIÓN LED. 1.2 RESOLUCIÓN DE 1920X1200. RESOLUCIÓN DE 1920X1080. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA RESOLUCIÓN FULL HD DE ALTA CALIDAD QUE EQUIVALE A 1920X1080, ¿SE ACEPTA? 1.3 CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO, C-VIDEO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL PUNTO 1.1.2 CON E-VIDEO SE REFIERE A VIDEO COMPUESTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 1.4 CON OPCIÓN A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A ESPECIALIDAD MÉDICA.	1.1 SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES 1.2 SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES 1.3 SI, ES CORRECTO 1.1.2 NO ES CORRECTO, C-VIDEO ES VIDEO COMPUESTO 1.4 DEBERÁ REFERENCIAL COMO LO HARÁ LA TECNOLOGÍA PROPUESTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE EL PUNTO 1.1.4 COMO OPCIONAL YA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA NO REQUIERE AJUSTES DE TEMPERATURA DE COLOR EN EL MONITOR PARA CADA ESPECIALIDAD, SIENDO ESTA CARACTERÍSTICA PROPIA DE OTRA CASA COMERCIAL, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES Y FAVORECIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	
18	ANEXO 1.3 1.3.3 ENDOCAMARA O CABEZAL DE CAMARA HD DE 3 CHIPS INCISO A) PUNTO 2, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4 Y 2.5	2.ENDOCÁMARA O CABEZAL DE CÁMARA HD DE 3 CHIPS. CABEZAL DE CÁMARA DE 1 CHIP CMOS. COD.TH110 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CABEZAL DE CÁMARA DE 1 CHIP CMOS, YA QUE EL CHIP CMOS REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA SOBRE LOS CHIPS CCD, POR LO QUE YA NO ES NECESARIO QUE SEAN 3 PARA OBTENER UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN, ¿SE ACEPTA? 2.1 SALIDA DE VIDEO 1280 X 1024 HD. RESOLUCIÓN DE 1920X1080. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA RESOLUCIÓN FULL HD QUE EQUIVALE A 1920X1080, ¿SE ACEPTA? 2.2 CON BOTÓN PARA CONTROL DE BALANCE DE BLANCOS. 2.3 CON FUNCIÓN DE GRABACIÓN DE VIDEO. 2.4 CON FUNCIÓN DE CAPTURA DE IMÁGENES 2.5 CON BOTÓN PARA ZOOM ÓPTICO. CON BOTÓN PARA CONTROL DE ZOOM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL PUNTO 12.5 SE REFIERE A CONTROL DEL ZOOM DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	2. NO SE ACEPTA 2.1 SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES 2.2-2.4 FAVOR DE ACLARAR SU PREGUNTA, YA QUE NO REALIZÓ UNA CONCRETA **(MANIFIESTA EL PROVEEDOR QUE SUS CUESTIONAMIENTOS YA FUERÓN ATENDIDOS EN CUESTIONAMIENTOS ANTERIORES)** 2.5 PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
19	ANEXO 1.3 1.3.3 PROCESADOR DE VIDEO UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA PUNTO 3, 3.1, 3.2, 3.3	3.1 CON BALANCE DE BLANCOS. 3.2 CON SALIDAS DE VIDEO COMPATIBLE CON: RGB, DVI O HDMI, S-VIDEO. CON 2 SALIDAS DE VIDEO DVI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 SALIDAS DIGITALES DVI, ¿SE ACEPTA? 3.3 CON PRE-CONFIGURACIONES DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS SISTEMA INTERDISCIPLINARIO PARA LAS ESPECIALIDADES LAPAROSCOPÍA, UROLOGÍA, GINECOLOGÍA, ARTROSCOPÍA, ORL Y GASTROENTEROLOGÍA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA	3.2 PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES 3.3 PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO EN SU PROPUESTA SE INDIQUE QUE ESTE SISTEMA INTERDICIPLINARIO ES SIMILAR A LO SOLICITADO.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		QUE EL PUNTO 3.3.3 SEA OPCIONAL YA QUE SE REFIERE A UNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DE OTRA CASA COMERCIAL Y NUESTRA TECNOLOGÍA OFRECE UN SISTEMA DE USO INTERDISCIPLINARIO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, UROLOGÍA, GINECOLOGÍA, ARTROSCOPÍA, ORL Y GASTROENTEROLOGÍA, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES Y FAVORECIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	
20	ANEXO 1.3 1.3.3 INCISO D) PUNTO 1	1. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. APARATO DE ALTA FRECUENCIA PREVISTO PARA GENERAR POTENCIA ELÉCTRICA A FIN DE REALIZAR CORTES Y COAGULACIONES UNIPOLARES Y BIPOLARES DURANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN TEJIDOS. COD.UH400U, UF902 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 1 COMO: "APARATO DE AF PREVISTO PARA GENERAR POTENCIA ELÉCTRICA A FIN DE REALIZAR CORTES Y COAGULACIONES UNIPOLARES Y BIPOLARES DURANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN TEJIDOS", ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO ELECTROQUIRURGICO DE RADIOFRECUENCIA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR DE ENERGÍA BIPOLAR Y ULTRASONICA, ADEMÁS DE TODO EL MATERILA, INSTRUMENTAL E INSUMOS PARA ASEGURAR LA COMPLETA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO.
21	ANEXO 1.3 1.3.3 INCISO F) PUNTO 1	SISTEMA OPTICO 5º, ESCALONADO 4.5/6.5 CHARR. 6º, 7.3-8 CHARR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA ÓPTICO 6º, ESCALONADO 7.3-8 CHARR. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
22	ANEXO 1.3 INCISO F) PUNTO 5	5.PARA INSTRUMENTOS DE 4 CHARR. 3 CHARR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CANAL DE TRABAJO DE 3 CHARR. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
23	ANEXO 1.3 INCISO F) PUNTO 7	7.LONG. UTIL DE 430 MM. 250 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD ÚTIL DE 25CM. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
24	ANEXO 1.3 INCISO G) PUNTO 1	1.SISTEMA OPTICO RIGIDO DE 7.5FR. 7 CHARR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 7 FR. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

V. CON LA FINALIDAD DE ACLARAR LAS PREGUNTAS VERTIDAS RELATIVAS A LAS "PROPUESTA CONJUNTA", ES NECESARIO PRECISAR POR PARTE DE LA CONVOCANTE LO SIGUIENTE: CADA EMPRESA QUE PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SU DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA EL RECIBO DE COMPRA DE BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN EFECTUADA POR ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES, DEL MISMO MODO SE DEBERÁ INTEGRAR EL REGISTRO DE VISITAS A LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTES, ESTO CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ----------

---

VI. POR ÚLTIMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES EL CALENDARIO DE EVENTOS DE LOS ACTOS SUBSECUENTES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO:

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN"**.

EVENTO	FECHA	HORARIO
ENTREGA DE MUESTRAS	29 DE ABRIL DE 2022	DE 9:00 A 11:00 HORAS
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	02 DE MAYO DE 2022	17:30 HORAS
COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y FALLO	06 DE MAYO DE 2022	12:00 HORAS

VII. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV** DEL **REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.----------

---

VIII. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO, A LO QUE RESPONDIERON **NO** TENER ALGUNO.----------

---

IX. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS PARTICIPANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII** DEL **REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A **LA CONVOCANTE** ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.----------

---

X. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO, A LO QUE RESPONDIERON **NO** TENER ALGUNO.----------

---

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **18:30 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. ----------

---

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ** SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
	C. ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCAS	**C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ** REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	**ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ** SUBDIRECTORA DE TECNOLOGIA E INSUMOS	
DIRECCIÓN JURICA Y NORMATIVA	**C. JOSÉ LUIS CORTÉZ SÁNCHEZ** REPRESENTANTE	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
	LIC. NALLELY MORALES ROSAS AUDITOR	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	**FERNANDO AMADOR CALDERÓN**	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011-2022,** PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
DICIPA, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERÓN	
COMERLAT, S.A. DE C.V.	JAVIER BENITEZ CUELLAR	

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **30001122-011–2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN".**