



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE SU REGLAMENTO, JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022, PARA LA **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE** HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: _____

HECHOS

I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: _____

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
	KEREN HAPPUCH MARTÍNEZ ISLAS ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE SANGRE
	ARMANDO ESTRADA AGUILAR REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRIGUEZ ROBLES JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MANUEL MORA DELGADO REPRESENTANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES: -----

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE
DICIPA, S.A. DE C.V.	JOSÉ LUIS BERNAL LÓPEZ
INSTRUMENTOS Y EQUIPO FALCÓN, S.A. DE C.V.	CATALINA MORALES VERA
BODIST, S.A. DE C.V.	ISRAEL GOYTIA SIL
LABORATORIOS LICON, S.A.	MARÍA ELENA TREJO ROJO

III. PRESICIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS

PRESICIÓN 1

PARA LA DETERMINACIÓN SEROLÓGICAS DE VIH, VHC, DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B, DEBERÁ INCLUIR UN CONTROL NEGATIVO, UN CONTROL POSITIVO Y UN CONTROL EXTERNO, EL CUAL ES UN CONTROL POSITIVO DÉBIL, EL CUAL NO DEBERÁ SER MAYOR DE TRES VECES EL VALOR DEL PUNTO DE CORTE, COMO LO ESTIPULA LA NOM-253-SSA1-2012. -----

IV. PRESICIONES POR PARTE DEL AREA TECNICA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

PRECISIÓN TÉCNICA 1

PÁGINA 21, PUNTO 4.6.1.2, INCISO D.

DICE:

CERTIFICADO ISO-9001-2015 VIGENTE EN EL QUE SE SEÑALE QUE EL LICITANTE ESTÁ ACREDITADO PARA REALIZAR SERVICIOS INTEGRALES DE BANCO DE SANGRE. ASÍ MISMO LOS LABORATORIOS SUBCONTRATADOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE BANCO DE SANGRE, DEBERÁN CONTAR CON LA ACREDITACIÓN ISO 15189 Y/O (NMX-EC-15189-IMNC-2008).

DEBE DE DECIR:

- DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE CERTIFICADO ISO-9001-2015 VIGENTE EN EL QUE SE SEÑALE QUE EL LICITANTE ESTÁ ACREDITADO PARA REALIZAR SERVICIOS INTEGRALES DE BANCO DE SANGRE.
- DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE CERTIFICADO ISO 15189 Y/O NMX-EC-15189-IMNC-2008 EN EL QUE SEÑALE A LOS LABORATORIOS SUBCONTRATADOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE BANCO DE SANGRE.

PRECISIÓN TÉCNICA 2

PÁGINA 24, PUNTO 4.6.1.5, EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.

DICE:

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN CURRRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DE LOS CLIENTES. SE DEBERÁ INCLUIR COPIA LEGIBLE DE AL MENOS 2 CONTRATOS DONDE EL LICITANTE HAYA PRESTADO EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO.



0 ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

DEBE DE DECIR:

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN CURRRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DE LOS CLIENTES. SE DEBERÁ INCLUIR COPIA LEGIBLE DE AL MENOS 2 CONTRATOS DONDE EL LICITANTE HAYA PRESTADO EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO.

PRECISIÓN TÉCNICA 3

PÁGINA 24, PUNTO 4.6.1.6, CAPACITACIÓN, VIÑETA DOS.

DICE:

QUE LA EMPRESA ADJUDICADA SE COMPROMETE A INICIAR CON EL PROCESO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS EN SU TOTALIDAD PARA PROCESAR PRUEBAS EFECTIVAS DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES HOSPITALARIAS DURANTE LOS 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA DEL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

DEBE DE DECIR:

QUE LA EMPRESA ADJUDICADA SE COMPROMETE A INICIAR CON EL PROCESO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS EN SU TOTALIDAD PARA PROCESAR PRUEBAS EFECTIVAS DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES HOSPITALARIAS AL DÍA SIGUIENTE A PARTIR DEL DÍA DEL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

LA CONVOCANTE HACE MENCIÓN AL ÁREA TÉCNICA QUE CONFORME AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL LAS OBLIGACIONES SERÁN EXIGIDAS AL PROVEEDOR ADJUDICADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO.

PRECISIÓN TÉCNICA 4

PÁGINA 28, PUNTO 4.6.1.21, TRANSICIÓN E INICIO DEL SERVICIO INTEGRAL.

DICE:

TRANSICIÓN E INICIO DEL SERVICIO INTEGRAL

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

- AL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DESCRITAS EN EL ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DURANTE LA TRANSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUS EQUIPOS ANALÍTICOS Y SISTEMA INFORMÁTICO, TENIENDO EN CUENTA EL TRASLADO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS, EN SU CASO A UN BANCO DE SANGRE SUBROGADO CERTIFICADO TANTO PARA LAS PRUEBAS DE URGENCIA Y DE RUTINA DE LA RED DE HOSPITALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- QUE EL BANCO DE SANGRE SUBROGADO DONDE SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS SUBROGADAS MANIFIESTE SER RESPONSABLE SOLIDARIO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PRUEBAS QUE NO SE REALICEN EN LOS HOSPITALES DE LA RED, SIENDO ESTE ACOMPAÑADO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015 VIGENTE EN BANCO DE SANGRE.
- A ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS PROCESADAS DE URGENCIAS Y RUTINA DURANTE LA TRANSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS EQUIPOS, EN SU CASO MEDIANTE UN BANCO DE SANGRE CERTIFICADO SUBROGADO TENIENDO COMO TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE URGENCIA DE 4 A 6 HORAS Y DE LAS MUESTRAS DE RUTINA UN MÁXIMO DE 24 HORAS A CADA UNIDAD HOSPITALARIA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE*

DEBE DE DECIR:

TRANSICIÓN E INICIO DEL SERVICIO INTEGRAL

1. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:
 - AL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DESCRITAS EN EL **ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA"**, DURANTE LA TRANSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUS EQUIPOS ANALÍTICOS Y SISTEMA INFORMÁTICO, TENIENDO EN CUENTA EL TRASLADO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS, EN SU CASO A UN BANCO DE SANGRE SUBROGADO CERTIFICADO TANTO PARA LAS PRUEBAS DE URGENCIA Y DE RUTINA DE LA RED DE HOSPITALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
 - A ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS PROCESADAS DE URGENCIAS Y RUTINA DURANTE LA TRANSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS EQUIPOS, EN SU CASO MEDIANTE UN BANCO DE SANGRE CERTIFICADO SUBROGADO TENIENDO COMO TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA DE **RESULTADOS DE URGENCIA DE 4 A 6 HORAS Y DE LAS MUESTRAS DE RUTINA UN MÁXIMO DE 24 HORAS A CADA UNIDAD HOSPITALARIA.**
2. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE EL BANCO DE SANGRE SUBROGADO (NOMBRE DEL BANCO) EL CUAL REALIZARÁ LAS **PRUEBAS SUBROGADAS** MANIFIESTE SER RESPONSABLE SOLIDARIO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PRUEBAS QUE NO SE REALICEN EN LOS HOSPITALES DE LA RED.

PRECISIÓN TÉCNICA 5

PÁGINA 82, ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA, NUMERAL 15. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ANALÍTICOS, BÁSICOS Y CÓMPUTO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS EFECTIVAS DE BANCO DE SANGRE.

DICE:

EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DEBERÁ DE EFECTUAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS A LOS EQUIPOS ANALÍTICOS Y OPERATIVOS QUE SEAN INSTALADOS EN LOS BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS, SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TAL EFECTO DEBERÁ DE PRESENTAR CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 6.1.9 DE LAS PRESENTES BASES.

DEBE DE DECIR:

EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DEBERÁ DE EFECTUAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS A LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE CÓMPUTO QUE SEAN INSTALADOS EN LOS BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS, SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TAL EFECTO DEBERÁ DE PRESENTAR CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.6.1.9 DE LAS PRESENTES BASES.

PRECISIÓN TÉCNICA 6

PÁGINA 129, ANEXO 1.12 RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS

DICE:

RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS

DATOS DE LOS EQUIPOS E INSUMOS					REGISTRO SANITARIO		CERTIFICADO ISO 13485		CERTIFICADO ISO 9001	
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	FOLIO DE SU PROPUESTA	NO.	VIGENCIA	NO.	VIGENCIA	NO.	VIGENCIA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

NOMBRE DEL LICITANTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R F C DEL LICITANTE:

DEBE DE DECIR:

RELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS

EN ESTE ANEXO SE DEBEN ENLISTAR TODOS LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS E INSUMOS
OFERTADOS POR EL LICITANTE.

DATOS DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS E INSUMOS.					REGISTRO SANITARIO		CERTIFICAD O ISO 13485:2016		REGISTRO FDA, CE O JIS		CERTIFICAD O NOM-241- SSA1-2012	
NO. DE PARTI DA	DESCRIP CIÓN	MAR CA	MODE LO	FOLIO DE SU PROPUE STA	N O.	VIGEN CIA	N O.	VIGEN CIA	N O.	VIGEN CIA	N O.	VIGEN CIA
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R F C DEL LICITANTE:

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1.12
RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS

EL ANEXO 1.7 DEBERÁ SER ENTREGADO JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA.
EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS REGISTROS O CERTIFICADOS NO APLIQUE, SE DEBERÁ ESCRIBIR EN LA
CELDA CORRESPONDIENTE UN "NA".

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	NÚMERO DE PARTIDA DEL EQUIPO OFERTADO.
2	PRECISAR EL NOMBRE DEL EQUIPO SEGÚN SE PRESENTA EN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
3	MARCA DEL EQUIPO.
4	MODELO DEL EQUIPO.
5	PRECISAR LA PÁGINA DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL OFERENTE EN DONDE COMIENZAN A MOSTRARSE LOS REGISTROS Y/O CERTIFICADOS, PARA ESE EQUIPO.
6	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO.
7	VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

8	NÚMERO DEL CERTIFICADO ISO 13485:2016.
9	VIGENCIA DEL CERTIFICADO ISO 13485:2016.
10	NÚMERO DEL REGISTRO FDA, CE O JIS, SEGÚN APLIQUE.
11	VIGENCIA DEL REGISTRO FDA, CE O JIS, SEGÚN APLIQUE.
12	NÚMERO DEL CERTIFICADO NOM-241-SSA1-2012.
13	VIGENCIA DEL CERTIFICADO NOM-241-SSA1-2012.

PRECISIÓN TÉCNICA 7

PÁGINA 28, PUNTO 4.6.1.16, TECNOVIGILANCIA.

DICE:

COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, DICHO OFICIO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE Y SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA".

- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EL INFORME DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR COFEPRIS DE CUMPLIMIENTO A LA NOM-240-SSA1-2012 "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA" DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS CUANDO APLIQUE.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR UN INFORME DE QUEJAS POR UNIDAD HOSPITALARIA DE TECNOVIGILANCIA, UN MES ANTES DE TERMINAR EL CONTRATO.

DEBE DE DECIR:

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1. COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, DICHO OFICIO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE Y SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA".
2. COPIA SIMPLE DEL INFORME DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR COFEPRIS DE CUMPLIMIENTO A LA NOM-240-SSA1-2012 "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA" DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS CUANDO APLIQUE.
3. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE COMPROMETE A PRESENTAR UN INFORME DE QUEJAS POR UNIDAD HOSPITALARIA DE TECNOVIGILANCIA, UN MES ANTES DE TERMINAR EL CONTRATO.

PRECISIÓN TÉCNICA 8

PÁGINA 25, PUNTO 4.6.1.9, SOPORTE TÉCNICO, VIÑETAS 7 Y 8.

DICE:

VIÑETA SIETE:

- TIEMPO DE RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESPUÉS DE REALIZAR EL REPORTE DE FALLA:
 - a. TIEMPO DE RESPUESTA DE 8 HORAS.
 - b. TIEMPO DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA O FALLA DE MÁXIMO 72 HORAS.

VIÑETA OCHO:

- TIEMPO DE RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO DESPUÉS DE REALIZAR EL REPORTE DE FALLA:
 - a. TIEMPO DE RESPUESTA DE 24 HORAS.
 - b. TIEMPO DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA O FALLA DE MÁXIMO 96 HORAS.

DEBE DE DECIR:

SE ELIMINA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PRECISIÓN TÉCNICA 9

PAG 27 PUNTO 4.6.13 INFORMES EN LAS VIÑETAS SEGUNDA Y TERCERA EL CORREO

DICE: dmit.bancosdesangre@gmail.com

DEBE DECIR: dmti.bancodesangre@gmail.com

- IV. ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, Y PARA TAL FIN, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: _____

up the
2

9
0
to

CIN TEXT

2

of

5
2
M

7
2



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
4	4.6.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	HOJAS EN DONDE SE INDIQUE LA REFERENCIA DE CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN O CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA O CARTA DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO POR CONTRATO PRESENTADO. ¿SE ACEPTA?	SOLO SE ACEPTARÁ CARTA DE RECOMENDACIÓN O CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA.
5	4.6.1.16 TECNOSIGILANCIA VIÑETA 1	EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, POR ESTAR ASÍ REFERENCIADO EN LA PUBLICACIÓN DEL DOF DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" Y QUE PARA ESTOS NO APLICA UN INFORME DE TECNOSIGILANCIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE EN ESTOS CASOS NO APLICA ESTE PUNTO.	ES CORRECTO.
6	ANEXO 19	ES CORRECTO ENTENDER QUE EXISTE UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL ANEXO DE REFERENCIA, YA QUE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	4.6.1.2 INCISO C PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR SOLO REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS DE REACTIVOS, CONTROL, QUE SE EMPLEAN EN LOS EQUIPOS ANALIZADORES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

DICIPA, S.A DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1.8 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE QUE SE DIFIERA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRESENTE EVENTO CONSIDERE QUE SE PUEDAN PRESENTAR CARTA EXPEDIDAS POR TERCEROS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES CON FECHA DEL MES Y DEL AÑO DE LA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DEBERÁ DE CITAR AÑO Y MES

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

2	4.2 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS INCISO B)	<u>DICE: INDICAR REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COMPLETO DEL LICITANTE, FECHA, NÚMERO Y OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.</u> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL R.F.C. DEL LICITANTE, FECHA, NÚMERO Y OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SOLO SE INDICARÁ EN LAS CARTAS Y/O ANEXOS EXPEDIDOS POR EL LICITANTE. FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CONSIDERANDO QUE DICHOS DATOS SE DEBEN CONSIDERAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
---	---	--	--

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
3	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA TERCER PÁRRAFO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DADO QUE LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE MI REPRESENTADA PRESENTE COMO SUSTENTO A LA PROPUESTA TÉCNICA SON MUY EXTENSOS NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS	SE ACEPTA, SOLO SI ENTREGA EL MANUAL COMPLETO EN FORMATO PDF EN DIGITAL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
8	4.6.1.2 INCISO D PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR PARA EL LABORATORIO QUE APOYE EN SUBROGAR PRUEBAS CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PRESENTARÁ EL CERTIFICADO SOLICITADO ISO 15189 Y/O (NMX-EC-15189-IMNC-2008) PARA DICHO LABORATORIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
9	4.6.1.7 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN ÚNICAMENTE DE LOS ANALIZADORES PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO, ASÍ COMO SE PERMITA PRESENTAR SOLO COPIA SIMPLE DE LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN ESTO DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD ALGUNOS FABRICANTES SOLO ENTREGAN CONSTANCIAS EN DIGITAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SOLO SI SE ADJUNTA IMPRESIÓN DEL CORREO A TRAVÉS DEL CUAL EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ENVÍE EL CERTIFICADO O DIPLOMA DE CAPACITACIÓN.
10	4.6.1.23 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR CARTA EXPEDIDA POR FABRICANTE, TITULAR DE REGISTRO O FILIAL EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
11	5 FICHA TÉCNICA FLEBOTOMÍA Y FRACCIONAMIENTO INCISO F)	SOLICITAMOS CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEA OPCIONAL OFERTAR EL SET PARA PROCESO DE SANGRE TOTAL Y EL SET DE PARA POOL PLAQUETARIOS YA QUE ESTOS INSUMOS SE PUEDEN SUSTITUIR EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SANGRE POR BOLSAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE Y BOLSAS TRANSFER. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO Y PRODUCTIVIDAD NO SEA AFECTADO.
12	5 FICHA TÉCNICA EQUIPO BÁSICO INCISO C)	SOLICITAMOS CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEA OPCIONAL OFERTAR EL DISPOSITIVO AUTÓNOMO PARA EL PROCESO DE SANGRE TOTAL YA QUE ESTE EQUIPO PUEDE SER SUSTITUIDO POR CENTRÍFUGA REFRIGERADA, FRACCIONADOR Y SELLADORES INDEPENDIENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PERO DEBERÁ OFERTAR ALTERNATIVAS EN DONDE EL TIEMPO DE PROCESAMIENTO SEA EQUIPARABLE, ASÍ COMO EL RENDIMIENTO OBTENIDO EN SISTEMA AUTOMATIZADO.



PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
13	7.1.1 FICHA TÉCNICA AFERÉISIS	CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR 1 O 2 MÁQUINAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS SOLICITADOS CON ESPECIFICACIONES SEGÚN LA MARCA A CONSIDERAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SOLO SI EL TIEMPO DE PROCESAMIENTO SEA EQUIPARABLE, ASÍ COMO EL RENDIMIENTO OBTENIDO EN SISTEMA AUTOMATIZADO.
14	ANEXO 1.8A DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO OPERATIVO BÁSICO DE APOYO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO QUE ESTOS EQUIPOS NO SON EL OBJETO CENTRAL DE LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL Y MARCA EN EL MERCADO MANEJA SUS PROPIAS CARACTERÍSTICAS ¿SE ACEPTA? REPLANTEAMIENTO PREGUNTA NÚMERO 14.	SE REPLANTEA LA PREGUNTA NO SE ACEPTA, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 1.8A SON GENÉRICAS NO PERTENECEN A UNA SOLA MARCA Y DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE REQUIEREN LOS EQUIPOS BÁSICOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE.
15	4.6.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES B. REGISTROS Y CERTIFICADOS ESPECÍFICOS A APLICAR, EN LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS DE BANCO DE SANGRE:	CONSIDERANDO QUE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE APOYO CONTENIDOS EN EL ANEXO 1.8A NO SON EL OBJETO CENTRAL DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS SON CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LA MARCA OFERTADA, YA QUE LAS MENCIONADAS EN LAS PRESENTES BASES PERTENECEN A UNA SOLA MARCA, SE ACEPTA CONSIDERANDO QUE LOS EQUIPOS BÁSICOS, INSTRUMENTAL, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE CÓMPUTO MENCIONADOS EN EL ANEXO 1.8. ESTÁN CONTENIDOS EN EL DOF DEBIDO A QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL ARMADO DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUBRIR ESTE PUNTO PRESENTANDO UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTOS EQUIPOS ESTÁN EXCENTOS DE REGISTRO Y ESTÁN CONTENIDOS EN EL DOF ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, ADEMÁS DEBERÁ ATENDER LAS PRECISIONES TÉCNICAS NÚMEROS 1 Y 4.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
16	4.6.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES C. REGISTROS Y CERTIFICADOS ESPECÍFICOS A APLICAR, EN LOS INSUMOS (MATERIALES, REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES):	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUBRIR ESTE PUNTO ENLISTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PARA LOS INSUMOS QUE NO PERTENECEN A LOS ANALIZADORES SE PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ADICIONALES QUE ESTÁN EN EL DOF.	NO SE ACEPTA
17	4.6.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS ANALIZADORES FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA CINCO AÑOS, PRESENTANDO CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA EMITIDA POR FABRICANTE, FILIAL O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO CONSIDERANDO QUE EL TIEMPO DE PRESENTACIÓN ES MUY CORTO Y QUE LA VALIDEZ DE LA CARTA ES LA MISMA CON LAS FIRMAS DE ESTAS FIGURAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
18	4.6.1.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CARTA CON FIRMA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS FABRICANTE O FILIAL O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
19	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA 6 INMUNOHEMATOLOGÍA 6.2.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO SISTEMA MANUAL	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA MANUAL CON CENTRÍFUGA E INCUBADOR INTEGRADO O INDEPENDIENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SOLO SI ES TÉCNICA EN MEDIO SÓLIDO, GEL O MICROESFERAS, NO SE ACEPTA TÉCNICA EN TUBO.
20	ANEXO 1.8A DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO OPERATIVO BÁSICO DE APOYO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR	CONSIDERANDO QUE ESTOS EQUIPOS NO SON EL OBJETO CENTRAL DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COMO REFERENCIA TÉCNICA ÚNICAMENTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE PROPORCIONARÁN ESTOS EQUIPOS Y QUE CUMPLEN AL 100% LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.	NO SE ACEPTA




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO, SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE"

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
21	ANEXO 1.12. ¿RELACIÓN DE NÚMERO DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS, ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL APARTADO DE "CERTIFICADO ISO 9001" SE DEBERÁ PONER EL QUE CORRESPONDE AL CERTIFICADO ISO 9001 DEL LICITANTE?	¿SE ACEPTA? CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO:ISO 13485:2016. LAS EMPRESAS CERTIFICADORAS QUE EXPIDEN ESTE CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL HAN SIDO AFECTADAS EN SUS TIEMPOS DE TRABAJO Y POR CONSIGUIENTE EN LOS TIEMPOS DE EXPEDICIÓN DE ESTOS CERTIFICADOS A LAS EMPRESAS FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEBIDO A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA QUE ATRAVESÓ EL MUNDO POR EL VIRUS DE SARS COV-2. AUN A PESAR DE QUE LAS EMPRESAS FABRICANTES BUSCARON REALIZAR EL TRÁMITE EN TIEMPO. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA DONDE SE SOLICITE ESTE DOCUMENTO QUE EN CASO DE QUE UN CERTIFICADO ISO 13485:2016 HAYA VENCIDO EN LO PRIMEROS 6 MESES DE ESTE AÑO Y QUE NO HAYA SIDO RENOVADO AUN POR LA EMPRESA CERTIFICADORA, NOS PERMITA PRESENTAR DICHO DOCUMENTO ACOMPAÑADO DE UNA CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE INDIQUE QUE EL CERTIFICADO ESTÁ EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN Y QUE SE COMPROMETE A ENTREGAR UNA COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO ACTUALIZADA UNA VEZ QUE LA EMPRESA CERTIFICADORA LO LIBERE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
22	4.6.1.9. SOPORTE TÉCNICO	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ENTREGAR CORRESPONDEN A EQUIPOS ANALIZADORES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA. DEBERÁ ENTREGAR LA RUTINA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y CÓMPUTO DE ACUERDO CON EL FABRICANTE.
23	4.6.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES: 4.6.1.10.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS COMENTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ESTE NUMERAL APLICA ÚNICAMENTE PARA LOS	NO ES CORRECTO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		ANALIZADORES (SEROLOGÍA, INMUNOHEMATOLOGÍA Y NAT) ¿ES CORRECTO?	
24	ANEXO 1.8A DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO OPERATIVO BÁSICO DE APOYO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN CONSIDERANDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS BASES Y LOS RESULTADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES, SE OBSERVA QUE LAS DIMENSIONES DE LOS ESPACIOS ASIGNADOS REBASAN O NO CUBREN LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN ADECUADO, DE ACUERDO A ESTO SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR EQUIPOS BÁSICOS, MOBILIARIO ETC CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y FUNCIONAL PARA LOS BANCOS DE SANGRE, PUESTOS DE SANGRADO Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES ENTREGANDO FICHA TÉCNICA DE EQUIPO UNA VEZ INSTALADOS EN LA UNIDADES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
25	4.6.1.8 EXPERIENCIA TÉCNICOS DE SOFTWARE DE GESTIÓN	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL O SE ELIMINE EL SOLICITAR "CERTIFICADO, DIPLOMA O ALGUNA OTRA CONSTANCIA DEL PERSONAL EN MÍNIMO PROGRAMAS COMO JAVA Y/O UNO BLACK BELT" YA QUE, EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE SANGRE OFERTADO NO ESTÁ BASADO EN DICHAS PLATAFORMAS Y CUMPLE CON LAS FUNCIONALIDADES SOLICITADAS EN BASES.	SE ACEPTAN CONSTANCIAS, CERTIFICADOS O DIPLOMAS DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN EN EL CUAL SE IMPLEMENTARÁ EL SIASS.
26	4.6.1.3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL.	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS DIFERENTES VIÑETAS DEL SERVICIO, DE LOS INSUMOS, DE LOS EQUIPOS Y DEL SOFTWARE (SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANGRE), LA PRESENTARÁ EL LICITANTE ADJUDICADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS VIÑETAS 2 Y 6, DEL PUNTO 4.6.1.3 APARTADO "DEL SERVICIO" ADEMÁS DEL ESCRITO SOLICITADO EN DONDE ENUNCIE TODAS LAS VIÑETAS DESCRITAS EN LOS APARTADOS " DEL



PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
			SERVICIO", "DE LOS INSUMOS", "DE LOS EQUIPOS" Y "DEL SOFTWARE".
	SE REFORMULA PREGUNTA	VIÑETA 6 DEL SERVICIO Y VIÑETA 1 DE LOS EQUIPOS. EL PUNTO 4.6.1.3. SOLICITA "UNA MANIFESTACIÓN DONDE EL LICITANTE SE COMPROMETE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO" POR LO QUE ENTENDEMOS QUE LA "CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 VIGENTE EN BANCO DE SANGRE Y LA CARTA DEL BANCO DE SANGRE PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SUBROGADAS" Y "CARTA DONDE INDIQUE FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE 5 AÑOS EMITIDA POR EL FABRICANTE" SERÁ ENTREGADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS VIÑETAS 2 Y 6, DEL PUNTO 4.6.1.3 APARTADO "DEL SERVICIO" ADEMÁS DEL ESCRITO SOLICITADO EN DONDE ENUNCIE TODAS LAS VIÑETAS DESCRITAS EN LOS APARTADOS " DEL SERVICIO", "DE LOS INSUMOS", "DE LOS EQUIPOS" Y "DEL SOFTWARE".

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
27	ANEXO 4 AL ANEXO 26	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ADECUAR LOS ANEXOS DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN BASES. ¿SE ACEPTA?	LA PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS DEBERÁ SER CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

R


INSTRUMENTOS Y EQUIPO FALCÓN, S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.2 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. DIRIGIDAS A ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, TODOS LOS ESCRITOS PODRAN IR DIRIGIDOS A: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIO. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122- 014-2022 SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE AT'N: MTRA. EMMa LUZ LÓPEZ JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. FAVOR DE ACLARAR.	PODRÁN IR DIRIGIDOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001122-014-2022 SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE A LA AT'N: MTRA. EMMa LUZ LÓPEZ JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Y CONTENER LOS REQUISITOS DE LOS INCISOS B), C), D), E) Y F) DEL NUMERAL 4.2
	SE REFORMULA PREGUNTA	EN EL CASO DE QUE LAS CARTAS Y MI PROPUESTA CONTENGA EN ESTE ORDEN LO PREGUNTADO DE LA INFORMACIÓN ¿SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA DEBERÁ SER CONFORME A LO SEÑALADO EN EL APARTADO 4.2. DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
2	4.3 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS 3ER. PARRAFO PARA UN MEJOR CONTROL Y AGILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA FOLIAR POR CARPETAS INDEPENDIENTES LA DOCUMENTACIÓN: LEGAL- ADMINISTRATIVO. TECNICO ECONOMICO	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE PUEDE FOLIAR CADA PROPUESTA POR SEPARADO, LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.



	DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA) ...	DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ENTREGANDO UNA RELACION DE LAS CARPETAS Y DE LOS FOLIOS CONTENIDOS. ¿SE ACEPTA?	
3	NUMERAL 4.2 INCISO B) DICE: INDICAR REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COMPLETO DEL LICITANTE, FECHA, NÚMERO Y PREFERENTEMENTE EL OBJETO.....	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLAMENTE DEBERÁN LLEVAR RFC TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN EN HOJA MEMBRETADA DE MI REPRESENTADA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CONSIDERANDO QUE DICHS DATOS SE DEBEN CONSIDERAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
4	NUMERAL 4.2 INCISO F) DICE: FIRMADOS DE MANERA AUTOGRAFA.....	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA FIRMAR AQUELLOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN EN HOJA MEMBRETADA DE MI REPRESENTADA Y EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS SOLO CON RUBRICA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, LA FIRMA Y LA RUBRICA DEBERÁN PRESENTARSE COMO LO MENCIONA EL NUMERAL 4.2 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EN SUS INCISOS E) Y F)
5	NUMERAL 4.3 CON FUNDAMENTO... EN UN SOLO SOBRE...	DEBIDO A LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA EN UNA O VARIAS CAJAS SELLADAS Y DEBIDAMENTE ORDENADAS DE FORMA QUE SE GARANTICE SU INVIOLEABILIDAD PARA PODER CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA EN LAS PRESENTES BASES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PERO EN CASO DE PRESENTAR MAS DE UNA CAJA DEBERÁN VENIR SELLADAS, EN UN SOLO PAQUETE, EN EL ENTENDIDO DE QUE NINGÚN DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR FUERA DE LA CAJA.
6	NUMERAL 4.4 INCISO K. RELACION DE PERSONAL	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, ¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, SE PODRÁ PRESENTAR LA CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES DE ABRIL?	ES CORRECTO SOLO CON PRESENTAR LA CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL SE CUMPLE CON LO SOLICITADO.
7	NUMERAL 4.4 INCISO L. COMPROBANTE DE PAGO....	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE PODRÁ PRESENTAR EL PAGO DE CUOTAS DE ENERO A ABRIL DEL PRESENTE AÑO?	PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL DEBERÁ PRESENTAR LOS PAGOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022.
8	NUMERAL 4.5 INCISO R) UNICAMENTE...	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PRESENTE PROPUESTA EN PARTICIPACION	SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

		CONJUNTA Y TAMPOCO SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTANDO LO ANTES MENCIONADO. ¿SE ACEPTA?	
9	NUMERAL 4.5 INCISO S) MANIFIESTO... INVITACIÓN RESTRINGIDA...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO APLICA EL TEXTO "INVITACIÓN RESTRINGIDA" PARA EL EVENTO EN CUESTIÓN?	ES CORRECTO SE DEBE REFERIR A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 30001122-014-2022

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
10	4.6.1.2 ÚLTIMO PÁRRAFO LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA EN ORDEN Y SECUENCIA CONFORME AL ANEXO 1.12,	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ORDEN DE LA INFORMACIÓN SERÁ CONFORME A LOS ANEXOS 1.1, 1.8 Y 1.9?	ES CORRECTO, ASÍ COMO DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 6.
11	4.6.1.2 INCISO B.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ANALIZADORES INDICADOS EN LOS ANEXOS 1.1, INCLUYENDO EL ANALIZADOR DE INMUNOANÁLISIS Y EL ANEXO 1.8 EQUIPOS BÁSICOS? ¿EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE DE MANERA CLARA Y PRECISA CUALES ANEXOS SE DEBERÁN CONSIDERAR?	NO ES CORRECTO, DEBE PRESENTAR DE LOS ANEXOS 1.1, 1.8 Y 1.8A.
12	4.6.1.2 INCISO C.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS BIENES INDICADOS EN EL ANEXO 1.9 ¿DE REACTIVOS? ¿EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE DE MANERA CLARA Y PRECISA CUALES ANEXOS SE DEBERÁN CONSIDERAR?	REPLANTEAR LA PREGUNTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022.
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	REPLANTEAMIENTO DE PREGUNTA	4.6.1.2 INCISO C) ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS BIENES INDICADOS EN EL ANEXO 1.9 DE LOS REACTIVOS? ¿EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE DE MANERA CLARA Y PRECISA CUALES ANEXOS SE DEBERÁN CONSIDERAR?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ENLISTADA EN EL PUNTO 4.6.1.2, INCISO C) PARA LOS ANEXOS 1.9 Y 1.1
13	4.6.1.3 ESCRITO...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE AGREGANDO LAS VIÑETAS, "¿DEL SERVICIO", "¿DE LOS INSUMOS", "¿DE LOS EQUIPOS" Y "DEL SOFTWARE", ¿SIN QUE SEA NECESARIO AGREGAR ALGUN DOCUMENTO ADICIONAL?	NO ES CORRECTO, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO FIRMADO POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL QUE CONTENGA TODOS LOS PUNTOS DESCRITOS EN EL PUNTO 4.6.1.3. ASÍ COMO ANEXAR LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL APARTADO "DEL SERVICIO" VIÑETAS DOS Y SEIS.
	NUMERAL 4.6.1.2 INC. D.	ES CORRECTO ENTENDER QUE DE ACUERDO AL INCISO D. CERTIFICADOS ESPECÍFICOS A APLICAR EN EL SERVICIO, MI REPRESENTADA DEBERÁ PRESENTAR LA ACREDITACIÓN ISO15189 Y/O NMX-S-15189-IMNC-2008 PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SUBROGADAS EN CASO NECESARIAS DURANTE LA TRANSICIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS CONFIRMATORIAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA O PARA LA ATENCIÓN EN CASO DE FALLAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS TIEMPOS MÁXIMOS DE ENTREGA DE RESULTADOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 4.

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
-----------	---	----------	-----------



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

15	1.8 CALENDARIO DE EVENTOS...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITOS CON FECHA DE PRESENTACIÓN 17 DE JUNIO DE 2022, COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO PRESENTAR LOS ESCRITOS CON FECHA 17 DE JUNIO DE 2022 EL CUAL ESTA MARCADO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS COMO EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS
----	------------------------------	---	--

EL AREA TECNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

16	4.6.1.4. CARTA DE APOYO... INCISO A. INCISO B.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARTAS SE REQUIEREN PARA EL INCISO A. LOS BIENES INDICADOS EN EL ANEXO 1?1A Y PARA EL INCISO B. LOS BIENES INDICADOS EN EL ANEXO 1.9, ANEXO A.? EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE CLARA Y PRECISA QUE ANEXOS Y SUBINCISOS SE DEBERAN CONSIDERAR. ¿SE ACEPTA?	REPLANTEAR PREGUNTA
	REPLANTEAMIENTO DE PREGUNTA	4.6.1.4 CARTA DE APOYO INCISO A INCISO B ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARTAS SE REQUIEREN PARA EL INCISO A), LOS BIENES INDICADOS EN EL ANEXO 1.1.A Y PARA EL INCISO B LOS BIENES INDICADOS EN EL ANEXO 1.9 EN CASO DE SER NEGATIVO MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS ESPECIFIQUE CLARA Y PRECISA QUE ANEXOS Y SUB-INCISOS SE DEBERÁN CONSIDERAR ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTO, LA CARTA SOLICITADA EN EL INCISO A) APLICA PARA LOS BIENES DESCRITOS EN LOS ANEXOS 1.1 Y 1.8 Y LA CARTA SOLICITADA EN EL INCISO B) PARA LOS ANEXOS 1.1 Y 1.9
17	4.6.1.3 PRESENTAR COMO PARTE DE LA OFERTA TÉCNICA, UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS SERA PRESENTADO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO?	NO ES CORRECTO, EL CRONOGRAMA SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA.
18	4.6.1.4. CARTA DE APOYO...	DEBIDO A QUE ALGUNOS BIENES NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SOLICITAMOS A LA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

	INCISO A. INCISO B.	CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS DE APOYO SOLAMENTE DE LOS BIENES QUE CUENTEN CON REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA? EN CASO DE SER NEGATIVA MI PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO, SOLO DE AQUELLOS BIENES QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	
19	4.6.1.4. ...ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DE LOS MISMOS <u>A. PARA LOS EQUIPOS (ANALIZADORES Y BASICOS):</u> <u>B. PARA LOS INSUMOS (MATERIALES, REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES):</u>	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARTAS SE DEBERÁN PRESENTAR POR SEPARADO INCISO A E INCISO B, Y QUE PARA EL INCISO "A" SOLO POR MARCA/MODELO Y PARA EL INCISO B, SOLO POR MARCA? EN CASO DE SER NEGATIVA LA REPUESTA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿CUAL SERA LA FORMA CORRECTA?	NO ES CORRECTO, PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS DESCritos EN LOS ANEXOS 1.1 Y 1.8 SE DEBERÁ PRESENTAR LA CARTA DE APOYO CITADA EN EL INCISO A, ASÍ COMO PARA LOS INSUMOS DESCritos EN LOS ANEXOS 1.1 Y 1.9 SE DEBERÁ PRESENTAR LA CARTA DE APOYO CITADA EN EL INCISO B. TODAS LAS CARTAS DE APOYO PRESENTADAS DEBERÁN CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LOS BIENES QUE RESPALDA, ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DE LOS MISMOS, INCLUYENDO EL TEXTO DEL INCISO A O B, SIENDO EL MODELO DE LOS INSUMOS SU NÚMERO DE PARTE O CATALOGO.
20	4.6.1.4. ... CARTA DE APOYO SOLIDARIO... A. PARA LOS EQUIPOS... COMPROBABLES CON LA CARTA DE AÑO... O DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE AÑOS...	DENTRO DEL TEXTO SOLICITADO PARA EL PRESENTE ESCRITO INDICAN LO SIGUIENTE: ...COMPROBABLES CON LA CARTA DE AÑO DE FABRICACIÓN DE FABRICANTE O DOCUMENTO DE COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN... ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE ENUNCIADO ES PARTE DEL CONTENIDO DE LA CARTA SOLICITADA Y QUE NO SE DEBERA PRESENTAR INFORMACION ADICIONAL A LO SOLICITADO EN EL PRESENTE ESCRITO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ ENTREGAR LO SEÑALADO EN EL PUNTO 4.6.1.23 DE LAS PRESENTE BASES.
21	4.6.1.4. ... CARTA DE APOYO SOLIDARIO...	DENTRO DEL TEXTO SOLICITADO PARA EL PRESENTE ESCRITO INDICAN LO SIGUIENTE:	FAVOR DE REPLANTEAR SU PREGUNTA, DEBIDO A QUE EL INCISO B NO CITA EL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

B. PARA LOS EQUIPOS... COMPROBABLES CON LA CARTA DE AÑO...O DOCUMENTOS DE COMPROBACION DE AÑOS...	...COMPROBABLES CON LA CARTA DE AÑO DE FABRICACIÓN DE FABRICANTE O DOCUMENTO DE COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA EN MENCION DEBERÁ SER ENTREGADA ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO?	TEXTOS "...COMPROBABLES CON LA CARTA DE AÑO DE FABRICACIÓN DE FABRICANTE O DOCUMENTO DE COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN."
REFORMULAR PREGUNTA	CARTA DE APOYO SOLIDARIO DE COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN SOLICITAN QUE EN EL TEXTO. SE ESPECIFIQUE QUE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DOCUMENTO DE COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARTA DE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN O DE COMPROBACIÓN DE ESTO SEA ÚNICAMENTE ENTREGADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO	SE ACEPTA DEBIDO A QUE ES LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.23, SEGUNDO PARRAFO	
4.1 VISITAS DICE: DEBERÁN ANEXAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL ANEXO 1.6 CONSTANCIA DE VISITA A LOS BANCOS DE SANGRE, DEBIDAMENTE REQUISITADO EN ORIGINAL PARA CADA UNO DE LOS HOSPITALES ENLISTADOS.	EN EL ANEXO 1.6 SOLICITAN LA FIRMA DE CONFORMIDAD EL DIRECTOR O SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, SABEMOS QUE LA ACTIVIDADES DE ESTAS AUTORIDADES SON MUY DEMANDANTES HACIENDO DIFÍCIL FIRMAR UN DOCUMENTO EN TAN POCOS DÍAS. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO OPCIÓN, LA FIRMA DE LOS ENCARGADOS DE LOS SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, SERVICIOS DE SANGRE CON CAPTACIÓN Y SERVICIO DE TRANSFUSIÓN HOSPITALARIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.	
NUMERAL 4.6.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA: ...CONTRATOS.... NO MAYOR A 3 AÑOS...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COMO OPCIÓN CONTRATOS QUE INCLUYEN UN SERVICIO SIMILAR AL SOLICITADO CON VIGENCIA DEL 2016 AL 2019. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.	
NUMERAL 4.6.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA: ...CONTRATOS..... ASÍ COMO UNA CARTA...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN O CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA O CARTA DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO POR CONTRATO PRESENTADO, ¿SE ACEPTA?	SOLO SE ACEPTARÁ CARTA DE RECOMENDACIÓN O CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA.	
NUMERAL 4.6.1.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR ESTOS CONTRATOS	NO SE ACEPTA.	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE.

	EL PARTICIPANTE.... SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 2 CONTRATOS EN FORMATO PDF....	HASTA LA HOJA DE LAS FIRMAS SIN QUE SEA NECESARIO INCLUIR LOS ANEXOS, YA QUE ALGUNOS CONTIENEN PRECIOS, SIENDO ESTA INFORMACION CONFIDENCIAL. ¿SE ACEPTA?	
26	4.6.1.6 ESCRITO...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE AGREGANDO LAS 6 VIÑETAS, SIN QUE SEA NECESARIO AGREGAR ALGUN DOCUMENTO ADICIONAL?	ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN EFECTUADA POR LA CONVOCANTE, A LA PRECISIÓN NÚMERO 3 REALIZADA POR EL ÁREA TÉCNICA.
27	NUMERAL 4.6.1.7 VIÑETA 3. CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DONDE SE INDIQUE EL MODELO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE LOS DIPLOMAS SOLICITADOS, LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE LOS ORIGINALES SON ENTREGADOS A EL PERSONAL Y FORMAN PARTE DE SU INFORMACIÓN CURRICULAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
	SE REFORMULA PREGUNTA	NUMERAL 4.6.1.7. VIÑETA 3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE QUE LOS FABRICANTES ACTUALMENTE ENTREGAN LAS CONSTANCIAS DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL POR MEDIO DIGITALES, SIENDO DESCARGADAS DIRECTAMENTE DE UN PORTAL UNA VEZ CONCLUIDAS LAS RESPECTIVAS FORMACIONES Y HABIENDO APROVADO LA EVALUACIÓN DE FORMA SATISFACTORIA, POR LO TANTO, LAS CONSTANCIAS ORIGINALES SON EN REALIDAD ARCHIVOS DIGITALES Y TODA IMPRESIÓN O REPRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS ES EN REALIDAD UNA COPIA, DEBIDO A LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIAS DE LOS CERTIFICADOS. CONSIDERANDO A LA VEZ QUE LAS MISMAS PUDIERON NO HABER SIDO ENVIADAS POR CORREO ELECTRÓNICO SI NO, DESCARGADAS DESDE UN PORTAL WEB. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO ANEXE LA DIRECCIÓN DEL PORTAL, ASÍ COMO EL CORREO DE LA INSCRIPCIÓN AL CURSO
28	NUMERAL 4.6.1.7 VIÑETA 3. CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. EN ORIGINAL Y COPIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONSTANCIAS EN IMPRESIÓN DE UN FORMATO DIGITAL, DEBIDO A QUE ALGUNOS CURSOS, POR MOTIVOS DE PANDEMIA FUERON TOMADOS EN LINEA, CABE MENCIONAR QUE	SE ACEPTA, SOLO SI SE ADJUNTA IMPRESIÓN DEL CORREO A TRAVÉS DEL CUAL EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ENVÍE EL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE*

	SIMPLE PARA COTEJO DONDE SE INDIQUE EL MODELO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.	DEBIDO AL REPUNTE EN CASOS DE COVID MUCHAS EMPRESAS SIGUEN TRABAJANDO EN LA MODALIDAD DE HOME OFFICE. ¿SE ACEPTA?	CERTIFICADO O DIPLOMA CAPACITACIÓN.
29	NUMERAL 4.6.1.7 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA PRESENTAR LA INFORMACION DE LOS ANALIZADORES MENCIONADOS EN EL ANEXO 1.1.A. EN CASO DE SER NEGATIVA MI PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE LOS ANEXOS A CONSIDERAR. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTO, SE DEBERÁ ATENDER EL PUNTO 7.6.1.7 PARA TODO EL PERSONAL QUE OTORGARÁ MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y CÓMPUTO.
30	NUMERAL 4.6.1.7 VIÑETA 3. CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DONDE SE INDIQUE EL MODELO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. REFORMULA PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO OPCIÓN PRESENTAR CARTA ORIGINAL LA FILIAL DEL FABRICANTE EN MEXICO, QUE CONTENGA EL LISTADO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA CAPACITADO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CARTA ORIGINAL DE LA FILIAL DEL FABRICANTE EN MEXICO, QUE CONTENGA EL LISTADO DEBIDO A LO COMENTADO EN LA PREGUNTA 27?	YA SE CONTESTO ESTA PREGUNTA
31	4.6.1.7 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO: VIÑETA 1,2,3,4	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA PRESENTAR LA INFORMACION DE LOS ANALIZADORES SEÑALADOS EN EL ANEXO 1?1A EN CASO DE SER NEGATIVA MI PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE LOS ANEXOS A CONSIDERAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LOS ANEXOS A CONSIDERAR SON LOS 1.1, 1.1A, 1.8 Y 1.8A.
32	4.6.1.16 TECNOVIGILANCIA...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERA PRESENTAR ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA DE LICITANTE?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 7.
33	4.6.1.17 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS.	DEBIDO A QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE" SIENDO MI REPRESENTADA EL UNICO RESPONSABLE DEL PRESENTE SERVICIO ANTE EL INSTITUTO, SOLICITAMOS QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SEA DE MI REPRESENTADA DE MANERA GENERAL Y NO POR MARCA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO, SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

34	4.6.1.21 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE AGREGANDO LAS 3 VINETAS, SIN QUE SEA NECESARIO AGREGAR ALGUN DOCUMENTO ADICIONAL? EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUNTUALICE, QUE ESCRITOS SE DEBERAN ADICIONAR,¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA 4.
35	4.6.1.22 ESCRITO FIRMADO...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE AGREGANDO LAS 7 VINETAS, SIN QUE SEA NECESARIO AGREGAR ALGUN DOCUMENTO ADICIONAL? EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUNTUALICE, QUE ESCRITOS SE DEBERAN ADICIONAR,¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
36	4.7.2 ANEXO 20 TOTAL	¿SE DEBERÁ ANOTAR EL TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUYENDO IVA?	ES CORRECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PROPUESTA CON IVA INCLUIDO
37	4.7.2 ANEXO 20 MONTO MÍNIMO... MONTO MÁXIMO ...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTA TABLA ES SOLO INFORMATIVA Y SE DEBERÁ ELIMINAR DEL FORMATO QUE PRESENTE MI REPRESENTADA??	ES CORRECTO LA TABLA DESCRITA SOLO ES PARA DAR A CONOCER EL IMPORTE ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
38	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA 3ER. PARRAFO.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO OPCIÓN PRESENTAR	NO SE ACEPTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	...DEBERAN SER ORIGINALES..	DOCUMENTOS EN COPIA FIEL DEL ORIGINAL Y/O FORMATO DIGITAL? ¿SE ACEPTA?	
39	4.6.1.2 A, B Y C. REGISTROS...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR SOLAMENTE EL ÚLTIMO DOCUMENTO VIGENTE YA SEA REGISTRO SANITARIO, MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO O PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO QUE ACREDITE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COFEPRIS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL EQUIPO O INSUMO OFERTADO POR PARTE DE CADA LICITANTE?	NO ES CORRECTO.
40	4.6.1.9 ESCRITO FIRMADO...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERA PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE AGREGANDO LAS 18 VIÑETAS, SIN QUE SEA NECESARIO AGREGAR ALGUN DOCUMENTO ADICIONAL? EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUNTUALICE, QUE ESCRITOS SE DEBERAN ADICIONAR.	NO ES CORRECTO, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO FIRMADO POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL QUE CONTENGA TODAS LAS VIÑETAS DESCRITAS EN EL PUNTO 4.6.1.9. ASÍ COMO ANEXAR LOS DOCUMENTOS DE LA VIÑETA DOS.
41	4.6.1.8 CURRICULUM VITAE (MAXIMO 1 CUARTILLA)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CURRICULUM CON MAS DE 1 CUARTILLA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
42	4.6.1.16 2ª. VIÑETA .. INFORME...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE INFORME SERÁ PRESENTADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA 7.
43	ANEXO 1.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿LAS NORMAS APLICABLES SON LAS INDICADAS EN EL NUMERAL 4.6.1.3 PAG. 21 O NUMERAL 4.6.1.2 PAG. 19.. FAVOR DE ACLARAR.	LAS NORMAS APLICABLES SON LAS INDICADAS EN EL NUMERAL 4.6.1.2.
44	ANEXO 1.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS	CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR INVOLUNTARIO CON RESPECTO A LA SIGUIENTE NORMA. NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2022, MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		INFECCIOSOS DE REACTIVOS E INSUMOS CADUCOS DEL SERVICIO PRESTADO. POR LO QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE A LA NOM-087-SEMARNAF-SSA1-2002, PROTECCIÓN AMBIENTAL-SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS-BIOLÓGICO- Y INFECCIOSOS. CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO. ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?? A FIN DE GARANTIZAR QUE EL LICITANTE ESTE ACREDITADO PARA REALIZAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ADICIONE EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS U OBRA ESPECIALIZADOS. ¿SE ACEPTA?	
45	4.6.1.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES.		NO SE ACEPTA.
	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA SE REPLANTEA LA PREGUNTA	DEBIDO A LA COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LO SOLICITADO QUE EL SERVICIO SOLICITADO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA SOLICITUD Y REPRESENTACIÓN DE DICHO DOCUMENTO BRINDA CERTEZA A LA SECRETARÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONVOCADOS, SE ACEPTA	NO SE ACEPTA.
46	ANEXO 1.1. NUMERAL 15 ... CALENDARIO DE MANTENIMIENTO...	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CALENDARIO SE DEBERÁ PRESENTAR SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO?	ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ ATENDER PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 5.

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
47	NUMERAL 3.1 EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ESCRITO FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL SU REPRESENTADA SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA A...	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ES CORRECTO ENTENDER QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTOS NUMERALES PODRAN SER INTEGRADOS EN LA CARPETA LEGAL-ADMINISTRATIVA?	LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.1 DEBERÁ INCLUIRSE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS DE SU PROPUESTA TÉCNICA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE"

	NUMERAL 3.2. DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTAS.		DEBERA INTEGRAR LAS PROPUESTAS LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA. Y EL NUMERAL 3.2 DEBERÁ IR JUNTO CON SU PROPUESTA ECONÓMICA
	NUMERAL 4.1. VISITAS.		LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.1 Y 4.1 DEBERÁ INCLUIRSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA
	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA SE REPLANTEA LA PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE EN DONDE SE DEBE INTEGRAR ESTA INFORMACIÓN O SI ESTA INFORMACIÓN NO SERÁ NECESARIO PRESENTARLA. FAVOR DE INDICAR EN QUE APARTADO DE LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIRSE ESTA INFORMACIÓN	LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.2 DEBERÁ INCLUIRSE EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, LO ANTERIOR CONFORME A LO SEÑALADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
48	4.3 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS. ... PREFERENTEMENTE FOLIADO...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿ES CORRECTO ENTENDER, ¿QUE NO SE DEBERAN FOLIAR, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE SERVIRAN ÚNICAMENTE PARA COTEJO Y QUE LAS COPIAS SIMPLES SON LAS QUE SE DEBERAN FOLIAR Y QUE A SU VEZ SERAN LAS QUE SE ALMACENARAN EN LA USB? EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE DE MANERA CLARA Y PRECISA LA FORMA DE PRESENTACIÓN. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, PREFERENTEMENTE SE DEBERÁ FOLIAR LAS PROPUESTA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA EXCEPTUANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
49	NUMERAL 4.6.1 LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE... ANEXO 19 ... DE CONFORMIDAD CON LOS ANEXOS 1, 1.1, 1.8, 1.8 A Y 1.9	PARA EL LLENADO DEL ANEXO 19, ¿SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS EQUIPOS INDICADOS EN LOS ANEXOS 1? Y 1.8 EQUIPOS BÁSICOS?	NO ES CORRECTO, ES PARA LOS ANEXOS 1.1, 1.8, 1.8 A Y 1.9.
50	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA. CATÁLOGO, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN..	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLAMENTE LAS HOJAS DEL DOCUMENTO DONDE SE REFIERENCIA LA INFORMACIÓN, ¿SE ACEPTA? LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE EXISTEN MANUALES CON MAS 3000 HOJAS.	SE ACEPTA, SOLO SI ENTREGA EL MANUAL COMPLETO EN FORMATO PDF EN DIGITAL.
51	NUMERAL 4.6.1.8 EN REFERENCIA AL CERTIFICADO DIPLOMA O ALGUNA OTRA CONSTANCIA PARA EL PERSONAL TÉCNICO EN MÍNIMO PROGRAMAS COMO JAVA Y/O UNO BLACK BERRY EL CUAL NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN SUSTITUCIÓN ENTREGAR CONSTANCIAS, CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO EL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) OFERTADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
52	4.6.1.16 DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EL INFORME DE TECNOLOGÍA FINANCIERA OMITIDO POR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TAL SI ASÍ QUE LO QUE SEA QUE ADJUDIQUE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁ PROPORCIONAR SÓLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA 7.
53	4.6.1.7 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO: CERTIFICADOS O DIPLOMAS DONDE SE INDIQUE EL MODELO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS PUDIENDO O NO CONTENER EL MODELO DEL EQUIPO, SOLO PARA LOS EQUIPOS ADICIONALES. ¿SE ACEPTA?	LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DEBEN SER PRESENTADOS DE TODOS LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y CÓMPUTOS OFERTADOS. SIN EMBARGO PARA LOS EQUIPOS BÁSICOS PODRÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
54	ANEXO 1.1. NUMERAL 1.1.9 NO DEBERÁ PRESENTAR INTERFERENCIA CON ANTICOAGULANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR LOS REACTIVOS PARA SEROLOGIA INFECCIOSA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LOS TUBOS CON ACD PUEDEN GENERAR DESVIACIONES DE HASTA UN 20% HACIA VALORES MÁS ELEVADOS EN COMPARACIÓN CON EL SUERO CON ANTICOAGULANTE CON ANTICOAGULANTES LÍQUIDOS LOS VALORES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS DISTINTOS ESPECÍMENES DE PACIENTES PUEDEN VERSE DISMINUIDOS DEBIDO AL EFECTO DE DILUCIÓN LAS CARACTERÍSTICAS ANTES ENUNCIADAS CORRESPONDEN A LOS REACTIVOS DE LA CASA COMERCIAL ABBOTT, QUE ACTUALMENTE LA SECRETARÍA UTILIZA PARA EL TAMIZAJE DE LOS DONANTES DE SANGRE EN LA ZONA NORTE. ¿SE ACEPTA? LA CONVOCANTE UTILIZA Y SOLICITA COMO PARTE DE LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO LA ENTREGA DE TUBOS CUYO ANTICOAGULANTE UTILIZADO ES EL EDTA POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA CONVOCAR REACTIVOS CUYA METODOLOGÍA NO TENGA INTERFERENCIA CON DICHO ANTICOAGULANTE, YA QUE LA SECRETARÍA NO UTILIZARÁ NINGÚN OTRO ¿SE ACEPTA?	PARTICIPANTES. FAVOR REFORMULAR SU PREGUNTA. PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA SE REALIZA LA SIGUIENTE REPREGUNTA	ANEXO 1.1, NUMERAL 1.1.9, ESPECIFICA NO DEBERÁ PRESENTAR, INTERFERENCIA CON ANTI COAGULANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LO REACTIVOS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN EN SU INSERTO CON RESPECTO A LA INTERFERENCIA CON ANTICOAGULANTE DEL FABRICANTE ABBOT QUE ACTUALMENTE UTILIZAN PARA EL TAMIZAJE DE LOS DONANTES DE SANGRE DE LA ZONA NORTE QUE DICE: EN SU INSERTO LOS TUBOS EN DONDE SE TOMAN LAS MUESTRAS QUE TIENEN COMO ANTICOAGULANTE ACD QUE ESTO PUEDE GENERAR DESVIACIONES DE HASTA UN 20% HACIA VALORES MÁS ELEVADOS EN COMPARACIÓN CON EL SUERO ¿ SE ACEPTAN ESTOS REACTIVOS?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
55	ANEXO 1.1, NUMERAL 1.1.9 NO DEBERÁ PRESENTAR INTERFERENCIA CON ANTICOAGULANTE	LAS MUESTRAS DE PLASMA TRATADO CON HEPARINA DE LITIO, HEPARINA DE SODIO, EDTA DI I TRY POTÁSICO, ACD, CPD, CP2D, CPDA Y CITRATO DE SODIO, ASÍ COMO PLASMA RECOGIDO EN TUBOS QUE CONTIENE UN GEL DE SEPARACIÓN CON ANTICOAGULANTE LÍQUIDOS LOS VALORES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS DISTINTOS ESPECÍMENES DE PACIENTES PUEDEN VERSE DISMINUIDOS DEBIDO AL EFECTO DE DILUCIÓN PRESENTAN UN NIVEL MÁS BAJO POR EL MÉTODO DE DILUCIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS ANTES ENUNCIADAS CORRESPONDEN A LOS REACTIVOS DE LA CASA COMERCIAL ROCHE QUE ACTUALMENTE LA SECRETARÍA UTILIZA PARA EL TAMIZAJE DE LOS	FAVOR REFORMULAR SU PREGUNTA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE*

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DONANTES DE SANGRE EN LA ZONA SUR. ¿SE ACEPTA?	
	SE REFORMULA LA PREGUNTA	ANEXO 1.1 NUMERAL 1.1.9 NO DEBERÁ PRESENTAR INTERFERENCIA CON ANTICOAGULANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS REACTIVOS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA QUE INDICA EN SU INSERTO EL FABRICANTE ROCHE QUE LAS MUESTRAS DE PLASMA TRATADO CON HEPARINA DE LITIO, HEPARINA DE SODIO, EDTA TRIPTOLÓGICO, ACD, CPD, CP2D, CPDA Y CITRATO DE SODIO, ASÍ COMO EL PLASMA OBTENIDO EN TUBOS QUE CONTIENEN UN GEL DE SEPARACIÓN CON ANTICOAGULANTE LÍQUIDO MENCIONA QUE: LOS RESULTADOS PUEDEN VERSE DISMINUIDOS DEBIDO AL EFECTO DE DILUCIÓN. ¿SE PODRÁN OFERTAR ESTOS REACTIVOS, SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
56	4.14 ANEXO 1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, DEBIDO A QUE DENTRO DE ESTE ANEXO SE ENCUENTRAN EQUIPOS QUE NO CONTIENEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO SE DEBERÁ PRESENTAR EL CATALOGO Y/O HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO?	ES CORRECTO, PARA LOS EQUIPOS BÁSICOS QUE SE ENLISTAN EN EL ANEXO 1.8 Y NO SE DESCRIBEN SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN ANEXO 1.8A, DEBERÁ REFERENCIAR EN CATALOGOS, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO, LO DESCRITO EN EL ANEXO 1.8.
57	4.6.1.9 VIÑETAS 7 Y 8. TIEMPO DE RESPUESTA...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA DIFERENCIA ENTRE LA VIÑETA 7 Y 8, YA QUE AMBAS HACEN REFERENCIA A REPORTE DE FALLA. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA 8.
58	4.6.1.9 VIÑETA 12 BITÁCORA DEL EQUIPO...	DEBEMOS ENTENDER QUE LA BITÁCORA MENCIONADA SERÁ PROPORCIONADA POR EL JEFE DE LABORATORIO O EL RESPONSABLE DEL SERVICIO PARA QUE SE REGISTREN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA BITÁCORA DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO AL JEFE O ENCARGADO DEL SERVICIO, Y DEBERÁ PERMANECER EN EL ÁREA DE JEFATURA DEL SERVICIO, PARA QUE SE REGISTREN LAS ACTIVIDADES



PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA REALIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO.
59	4.6.1.9 VIÑETA 14 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS 30 DÍAS INDICADOS PARA QUE SE REALICE LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE CONTABILICEN DESPUÉS DEL PERIODO DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN (60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO). ESTA SOLICITUD SE DERIVA DE LA LÓGICA DEL PROCESO DE PUESTA EN MARCHA, YA QUE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SE PROGRAMARÁN A PARTIR DE QUE SE DOCUMENTE LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA.
60	4.6.1.23 SEGUNDO PÁRRAFO. CARTA BAJO PROTESTA...	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL DOCUMENTO DONDE VIENE EL DESGLOSE DE EQUIPOS CON NÚMEROS DE SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN Y NÚMERO DE PEDIMENTO SE ENTREGUE 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL FALLO; ESTO EN RAZÓN A QUE EL COMPROMISO DE COMPRA DE LOS EQUIPOS CON LOS FABRICANTES SE FORMALIZA UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO. ADICIONALMENTE, ALGUNAS DE LAS CARTAS SE EXPIDEN EN EL EXTRANJERO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, LOS TRES DÍAS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN RESULTAN INSUFICIENTES PARA OBTENER LA TOTALIDAD DE LAS CARTAS CON LOS DATOS SOLICITADOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
61	ANEXO 1.8.A NUMERAL 7 Y 8, PUNTO 14. CON NO BREAK	PARA UNA OPERACIÓN ADECUADA DE LA RED FRÍA SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE VOLTAJE Y QUE LA RED FRÍA SE CONECTE A LA LÍNEA DE EMERGENCIA QUE YA EXISTE EN CADA HOSPITAL, CON ESTA CONFIGURACIÓN SE EVITAN DAÑOS	NO SE ACEPTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		ELECTRÓNICOS A LOS EQUIPOS Y SE GARANTIZA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DURANTE LOS CORTES DE ENERGÍA, SIN IMPORTAR SU DURACIÓN. SIENDO ASÍ, LA INSTALACIÓN DE NO BREAK NO AGREGA VALOR AL SERVICIO, PUES ÉSTE SOLO PROPORCIONA RESPALDO DE ENERGÍA POR UN PERIODO LIMITADO DE TIEMPO. BAJO ESTE ARGUMENTO TÉCNICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTÉ INSTALAR ACONDICIONADORES DE VOLTAJE EN SUSTITUCIÓN DE LOS NO BREAK SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
62	4.6.1.8 EXPERIENCIA TÉCNICOS DE SOFTWARE DE GESTIÓN, PUNTO 3 QUE MENCIONA: CERTIFICADO, DIPLOMA O ALGUNA OTRA CONSTANCIA DEL PERSONAL EN MÍNIMO PROGRAMAS COMO JAVA Y/O UNO BLACK BELT, EL CUAL NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	EL CERTIFICADO, DIPLOMA O CONSTANCIA DE LOS SISTEMAS "JAVA Y/O BLACK BELT" SON MUY ESPECÍFICOS PARA LA EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS DE SOFTWARE Y NO TODOS LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ESTÁN DISEÑADOS CON DICHS PROGRAMAS; POR LO QUE SOLICITO A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE EXCLUYA EL CERTIFICADO, DIPLOMA Y/O CONSTANCIA DEL REQUERIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PODRÁ PRESENTAR CERTIFICADO, DIPLOMA O CONSTANCIA DEL SISTEMA EN EL QUE LICITANTE DESARROLLARÁ EL SIASS
	DERIVADO DE LA RESPUESTA DADA, EL PROVEEDOR REALIZA LA SIGUIENTE PREGUNTA	4.6.1.8 EXPERIENCIA TÉCNICA DE SOFTWARE ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DEL SISTEMA INFORMÁTICO OFERTADO PARA DAR SERVICIO A LOS BANCOS DE SANGRE EL LENGUAJE EN EL QUE ESTÁ DESARROLLADO NO SEA JAVA, NO ES NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, PODRÁ PRESENTAR CERTIFICADO, DIPLOMA O CONSTANCIA DEL SISTEMA EN EL QUE LICITANTE DESARROLLARÁ EL SIASS
63	10.1.6 CONSULTA, LISTADO, ESTADÍSTICA E IMPRESIÓN DE REPORTES GENERAL E INDIVIDUAL, PUNTO 18 QUE EMNCIONA: INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE SEA POSIBLE EFECTUAR ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS CLÍNICOS CONTENIDOS EN LOS ARCHIVOS, DE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SE REFIERE A QUE EL SISTEMA INFORMÁTICO DEBERÁ REALIZAR DE MANERA AUTOMÁTICA LOS INFORMES MENSUAL DE LA DISPOSICIÓN DE SANGRE Y COMPONENTES SANGÜINEOS (FORMATOS A, B Y C)?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
64	10.1.6 CONSULTA, LISTADO, ESTADÍSTICA E IMPRESIÓN DE REPORTES GENERAL E INDIVIDUAL	¿EL SISTEMA INFORMÁTICO DEBERÁ OBTENER LAS ESTADÍSTICAS DE CUALQUIER UNIDAD DESDE LAS OFICINAS CENTRALES?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
65	4.6.1.9 SOPORTE TÉCNICO	LA CONVOCANTE SOLICITA EL ENVÍO DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO AL CORREO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, DEBIDO A LA CAPACIDAD DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS, ES POSIBLE QUE ESTOS SE SATUREN Y NO LLEGUE LA INFORMACIÓN, ES POSIBLE CREAR UNA CUENTA EN LA NUBE DONDE SE COMPARTA LA INFORMACIÓN SIN TENER PROBLEMAS POR EL ESPACIO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, TOMANDO EN CUANTO QUE NO TENDRÁ NINGÚN COSTO EXTRA PARA LA CONVOCANTE Y DEBE SER EN TIEMPO REAL.
66	4.6.1.9 SOPORTE TÉCNICO	LA CONVOCANTE INDICA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ REGISTRAR EN LA BITÁCORA DEL EQUIPO TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA VISITA, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA BITÁCORA ES UN DOCUMENTO FÍSICO QUE EMITE LA SECRETARÍA, FAVOR DE ACLARAR.	LA BITÁCORA DE REGISTRO SERÁ ENTREGADA AL JEFE O RESPONSABLE DEL SERVICIO AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS EQUIPOS OFERTADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO. LA BITÁCORA ES UNA LIBRETA FLORETE Y SE DEBERÁ ENTREGAR UNA POR UNIDAD HOSPITALARIA.
67	4.6.1.15 FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN EQUIPOS	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE DOCUMENTO ES EN FORMATO LIBRE O SERÁ ENTREGADO POR LA CONVOCANTE, FAVOR DE ACLARAR.	ES FORMATO LIBRE, QUE CONTENGA AL MENOS LOS PUNTOS DESCritos EN EL PUNTO 4.6.1.15 Y DEBE SER ELABORADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO.
68	4.6.1.22 CADUCIDAD, CANJE Y DESVÍOS DE CALIDAD DE INSUMOS	LA CONVOCANTE SEÑALA QUE EL NÚMERO DE LOTE DE LOS CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y REACTIVOS SERÁ EL MISMO POR 3 MESES A EXCEPCIÓN DE LOS CONTROLES DE CALIDAD DE HEMATOLOGÍA, SIN EMBARGO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA QUE ESTE PUNTO SE PERMITA TAMBIÉN PARA LOS CONTROLES CELULARES DE	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		INMUNOHEMATOLOGÍA, CUYA CADUCIDAD NO SUPERA EL TIEMPO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	
69	ANEXO 1. NUMERAL 1.1.1.8 PUNTO UNO SEROLOGÍA INFECCIOSA 1.1 MENÚ DE PRUEBAS 1.18 DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR. SE REFORMULA PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE NO REQUIERA DE PUNTAS DESECHABLES ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REPLANTEAR SU PREGUNTA ESTÁ MAL REFERENCIADA.
		ANEXO 1, NUMERAL 1.1.1.8., 1.1.1. MENU DE PRUEBA, 1.1.8. DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR SEROLOGICO INFECCIOSO HOSPITAL XOCO ZONA NORTE. DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA SE ESPECIFICA QUE EL ANALIZADOR DEBERÁ UTILIZAR PUNTAS DESECHABLES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE YA QUE ACTUALMENTE UTILIZAN UN ANALIZADOR DE SEROLOGÍA INFECCIOSA QUE NO UTILIZA PUNTAS DESECHABLES, SE PUEDE OFERTAR ESTE MISMO ANALIZADOR, YA QUE NO INTERFIERE CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LO DEMAS LICITANTES
70	ANEXO 1.1 1.1.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE PUNTO 1.1.9.3. ..SENSIBILIDAD IGUAL O MAYOR AL 99.9%	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA SENSIBILIDAD DEL 99.80% (495/496) CON LOS EXTREMOS DE INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% ENTRE 99.88% Y 99.99%.	NO SE ACEPTA.
	SE REFORMULA PREGUNTA	¿SE ACEPTA? ANEXO 1.1., 1.1.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE, 1.1.9.3. SENSIBILIDAD IGUAL O MAYOR AL 99.9% ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA SENSIBILIDAD REPORTADA POR EL REACTIVO DEBERA SER IGUAL O SUPERIOR AL 99.9% EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE CON EL GRUPO DE PACIENTES EVALUADO Y REPORTADO EN EL INCERTO DEL REACTIVO OFERTADO, SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DE QUE LA SENSIBILIDAD DEBE PRESENTAR $\geq$ 99.9% Y ESPECIFICIDAD DEL $\geq$ 99.9%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE.

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
71	ANEXO 1.1 1.1.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE PUNTO 1.2.9.3. ..SENSIBILIDAD IGUAL O MAYOR AL 99.9%	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA SENSIBILIDAD DEL 99.81% (495/496) CON LOS EXTREMOS DE INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% ENTRE 99.88% Y 99.99%. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
72	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA NUMERAL 2.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS PRIMEROS INCLUIDOS PARA LA DETECCIÓN DE EL VIRUS HIV-1 SE ENCUENTRAN DISEÑADOS PARA DETECTAR 2 REGIONES, ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
73	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA NUMERAL 2.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL REACTIVO SIMULTÁNEAMENTE PUEDA DETECTAR 2 REGIONES DE HIV-1 Y EL HIV 2 EN LA MISMA PRUEBA, ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
74	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA NUMERAL 2.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE NAT REALICE LA PREPARACIÓN AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE LOS RESULTADOS DENTRO DEL MISMO ANALIZADOR SIN QUE EL USUARIO TENGA QUE HACER TRANSFERENCIAS DE MUESTRAS TUBOS O VOLUMENES ENTRE UN EQUIPO Y OTRO. ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
75	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA NUMERAL 2.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN REACTIVO CON UN MINIMO DE PREPARACION CUYA INTERVENCION DEL USUARIO SOLO ES NECESARIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
76	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA NUMERAL 2.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE PARA REALIZAR LA PRUEBA DE NAT, REALICE LA PREPARACIÓN AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE LOS RESULTADOS DENTRO DEL MISMO ANALIZADOR SIN QUE EL USUARIO TENGA QUE HACER TRANSFERENCIAS DEMUESTRAS TUBOS O VOLUMENES ENTRE UN EQUIPO Y OTRO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.




ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE*

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
77	NUMERAL 2.4, LUGARES Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN PAG. 11, CONDICIONES DE ENTREGA, TERCER PARRAFO. Y EN ANEXO 1, ANEXO TECNICO, CONDICIONES DE ENTREGA EN PAG. 46.	LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS NO DEBERÁ SER MAYOR A 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE UN DÍA DESPUES DEL FALLO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
78	NUMERAL 4.6.1.6 PAG. 24, CAPACITACION, SEGUNDO PUNTO	¿ES CORRECTO QUE LA EMPRESA ADJUDICADA SE COMPROMETE A INICIAR CON EL PROCESO DE ENTREGA, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE LOS EQUIPOS EN SU TOTALIDAD PARA PROCESAR PRUEBAS EFECTIVAS DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES HOSPITALARIAS DURANTE LOS 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION ?	ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN EFECTUADA POR LA CONVOCANTE, A LA PRECISION NÚMERO 3 REALIZADA POR EL ÁREA TÉCNICA.
79	ANEXO 1.1, FICHA TECNICA, MENU DE PRUEBAS A REALIZAR, 1. SEROLOGIA INFECCIOSA Y EN 1.1 MENU DE PRUEBAS SEROLOGICAS EN EL SERVICIO DE SANGRE DE XOCO, PAG. 65	EN EL PUNTO 1.1.3, LA PRUEBA SOLICITADA ES PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS B DE LA HEPATITIS (HBsAg), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
80	ANEXO 1.1, FICHA TECNICA, EN 1.1.8 DESCRIPCION DEL ANALIZADOR, PARA EL SERVICIO DE SANGRE DEL HOSPITAL XOCO, PAG. 65	PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACION EN ESTA LICITACION ¿SE PUEDE OFERTAR UN INSTRUMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO QUE UTILICE COMO PRINCIPIO DE MEDICION LA QUIMIOLUMINISCENCIA, ¿CON LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE LA INSTITUCION SOLICITA, SIMILAR AL QUE ACTUALMENTE UTILIZAN Y QUE NO UTILICE PUNTAS DESECHABLES?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS.
81	ANEXO 1.1, FICHA TECNICA, EN 1.1. 8 DESCRIPCION DEL ANALIZADOR, PARA EL SERVICIO DE SANGRE DEL HOSPITAL XOCO, PAG. 65	PARA EVITAR ERRORES EN LAS FASES PRE ANALITICAS DE LAS DETERMINACIONES SEROLOGICAS DE VIH, HEPATITIS C, HEPATITIS B, SIFILIS Y CHAGAS Y QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DE LOS HEMOCOMPONENTES QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES QUE SE UTILICEN EN DICHAS DETERMINACIONES O PRUEBAS SEROLOGICAS DEBERAN ESTAR LISTOS PARA SU USO, ES DECIR NO REQUERIR PREPARACIÓN PREVIA A SU UTILIZACION ?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
82	ANEXO 1.1, FICHA TÉCNICA, EN 1.1.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE. EN 1.1.9.3 SEROLOGIA PARA HBSag, PAG. 66	PARA PROVEER EL MAS ALTO NIVEL DE SEGURIDAD EN ESTA PRUEBA Y EVITAR FALSOS NEGATIVOS QUE PARA EL CASO DE BANCO DE SANGRE ÉSTOS RESULTADOS SERIAN MUY GRAVES. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL REACTIVO QUE SE OFERTE PARA ESTA DETERMINACION SEROLOGICA DEBERA TENER LA CAPACIDAD DE DETECTAR LOS DIFERENTES MUTANTES ANTIGENICOS DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBSag) DEL VIRUS B DE LA HEPATITIS, ESPECIFICAMENTE PARA EL MUTANTE Thr-123-A1a y UNA SENSIBILIDAD ANALITICA ≤ 0.022 U/LMI?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA SENSIBILIDAD IGUAL O MAYOR AL 99.9% CITADA EN LAS PRESENTES BASES.
83	EN ANEXO 1.1, FICHA TÉCNICA, EN 1.1. 8 DESCRIPCION DEL ANALIZADOR, PARA EL SERVICIO DE SANGRE DEL HOSPITAL XOCO, PAG. 65	PARA MANTENER LOS ALTOS ESTÁNDARES DE LA INSTITUCION, LA PRODUCTIVIDAD DEL MISMO Y CON EL FIN DE OBTENER OPTUNAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS DETERMINACIONES SEROLOGICAS DE VIH, HEPATITIS C, HEPATITIS B, SIFILIS Y CHAGAS Y CON ELLO TENER DISPONIBILIDAD DE COMPONENTES SANGUINEOS CON EL MAS ALTO GRADO DE SEGURIDAD AUN EN URGENCIAS. ¿LAS CALIBRACIONES DE LOS ENSAYOS O PRUEBAS NO DEBERAN REALIZARSE CADA VEZ QUE SE ABRA UN KIT O CAJA DE REACTIVO PARA CON ELLO NO COMPROMETER LA SEGURIDAD? ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACION?	FAVOR DE REFORMULAR SU PREGUNTA.
	REFORMULA PREGUNTA	ANEXO 1.1, FICHA TÉCNICA. PUNTO 1.1.8 ANALIZADOR PARA SEROLOGIA INFECCIOSA PARA EL BANCOD E SANGRE DEL HOSPITAL XOCO PAG. 65. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN ANALIZADOR QUE, CUANDO SE CALIENTE EL ENSAYO NO SE REQUIERA REALIZAR CADA QUE SE ABRA UNA CAJA O REACTIVO ¿ ES CORRECTA NUESTRA APECIACION?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE*

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
84	ANEXO 1.1, FICHA TÉCNICA, EN 1.1.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE. EN 1.1.9.6 SEROLOGÍA PARA CHAGAS PAG. 66	¿LA PRUEBA PARA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS, AL MENOS CUATRO ANTÍGENOS RECOMBINANTES DIFERENTES, CON VARIOS EPÍTOPOS QUE SE ASOCIEN CON LAS DIFERENTES FORMAS DEL Tripanosoma cruzi?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA SOLICITADA EN BASES.
85	ANEXO 1.1, FICHA TÉCNICA, MENU DE PRUEBAS A REALIZAR, 1. SEROLOGÍA INFECCIOSA Y EN 1.2 MENU DE PRUEBAS SEROLÓGICAS EN EL SERVICIO DE SANGRE DE IZTAPALAPA, PAG. 67	EN EL PUNTO 1.2.3 ¿LA PRUEBA SOLICITADA ES PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS B DE LA HEPATITIS (HBsAg) ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
86	EN ANEXO 1.1, FICHA TÉCNICA, EN 1.2. 9 DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR, PARA EL SERVICIO DE SANGRE DE IZTAPALAPA, PAG. 67	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN ¿SE PUEDE OFERTAR UN INSTRUMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO QUE UTILICE COMO PRINCIPIO DE MEDICIÓN LA QUIMOLUMINISCENCIA, CON LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE LA INSTITUCIÓN SOLICITA Y QUE NO UTILICE PUNTAS DESECHABLES?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
87	EN ANEXO 1.1, FICHA TÉCNICA, EN 1.2. 9 DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR, PARA EL SERVICIO DE SANGRE DEL HOSPITAL IZTAPALAPA, PAG. 67	PARA MANTENER LOS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y PARA EVITAR ERRORES EN LAS FASES PRE ANALÍTICAS DE LAS DETERMINACIONES SEROLÓGICAS DE VIH, HEPATITIS C, HEPATITIS B, SÍFILIS Y CHAGAS Y QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DE LOS HEMOCOMPONENTES QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN. ¿TODOS LOS REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES QUE SE UTILICEN EN DICHAS DETERMINACIONES O PRUEBAS SEROLÓGICAS DEBERÁN ESTAR LISTOS PARA SU USO, ES DECIR NO REQUERIR PREPARACIÓN PREVIA A SU UTILIZACIÓN ?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
88	EN ANEXO 1.1, FICHA TÉCNICA, EN 1.2.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE. EN 1.2.9.3 SEROLOGÍA PARA HBsAg, PAG. 68	PARA OBTENER EL MÁS ALTO NIVEL DE SEGURIDAD EN ESTA PRUEBA Y EVITAR FALSOS NEGATIVOS QUE PARA EL CASO DE BANCO DE SANGRE ÉSTOS RESULTADOS SERÍAN MUY GRAVES. ¿EL REACTIVO QUE SE OFERTE PARA ESTA DETERMINACIÓN SEROLÓGICA DEBERÁ	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA SENSIBILIDAD IGUAL O MAYOR AL 99.9% CITADA EN LAS PRESENTES BASES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO, SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

[Handwritten signature]

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
89	EN ANEXO 1.1, FICHA TECNICA, EN 1.2.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE. EN 1.2.9.3 SEROLOGIA PARA HEPATITIS C PAG. 68	TENER LA CAPACIDAD DE DETECTAR LOS DIFERENTES MUTANTES ANTIGENICOS DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBsAg) DEL VIRUS B DE LA HEPATITIS, ESPECÍFICAMENTE PARA EL MUTANTE Th-123-A1a Y UNA SENSIBILIDAD ANALÍTICA ≤ 0.022 U/LMI?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA.
90	MANIFIESTA EL LICITANTE QUE NO DESEA REFORMULAR SU PREGUNTA		
91	EN ANEXO 1.1, FICHA TECNICA, EN 1.2.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE. EN 1.2.9.5 SEROLOGIA PARA CHAGAS PAG. 68	¿SE DEBE OFERTAR UN REACTIVO QUE UTILICE PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL T. <i>pallidum</i> ANTICUERPOS RECOMBINANTES TPN15, TPN17 Y TPN47 CONTRA EL Treponema pallidum Y QUE CUMPLA ADEMÁS CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA INSTITUCIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
92	EN ANEXO 1.1, FICHA TECNICA, EN 1.2. 9 DESCRIPCION DEL ANALIZADOR, PARA EL SERVICIO DE SANGRE DEL HOSPITAL IZTAPALAPA, PAG. 67	¿LA PRUEBA PARA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS DEBERA UTILIZAR PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS, AL MENOS CUATRO ANTIGENOS RECOMBINANTES DIFERENTES, CON VARIOS EPITOPES QUE SE ASOCIEN CON LAS DIFERENTES FORMAS DEL TRIPANOSOMA CRUZI?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
		PARA MANTENER LOS ALTOS ESTÁNDARES DE LA INSTITUCIÓN, LA PRODUCTIVIDAD DEL MISMO Y CON EL FIN DE OBTENER OPORTUNAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS DETERMINACIONES SEROLOGICAS DE VIH, HEPATITIS C, HEPATITIS B, SIFILIS Y CHAGAS Y CON ELLO TENER DISPONIBILIDAD DE COMPONENTES SANGUÍNEOS CON EL MAS ALTO GRADO DE SEGURIDAD AUN EN URGENCIAS. ¿LAS	FAVOR DE REFORMULAR SU PREGUNTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		CALIBRACIONES DE LOS ENSAYOS O PRUEBAS NO DEBERAN REALIZARSE CADA VEZ QUE SE ABRA UN KIT O CAJA DE REACTIVO PARA CON ELLO NO COMPROMETER LA SEGURIDAD? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
	MANIFIESTA EL LICITANTE QUE NO DESEA REFORMULAR LA PREGUNTA		
93	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA NUMERAL 2.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBERA OFERTAR UN EQUIPO CON ACCESO CONTINUO DE MUESTRAS Y EMISION DE RESULTADOS CONTINUOS? ¿SE ACEPTA?	ESTA PREGUNTA YA FUE CONTESTADA.
94	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA NUMERAL 2.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA OFERTAR UN EQUIPO QUE REALICE LA PRUEBA EN SUERO O PLASMA POR PACIENTE Y NO EN POOL? LO ANTERIOR DEBIDO A QUE AL REALIZAR LA PRUEBA EN POOL, PUEDE DISMINUIR LA SEGURIDAD SANGUINEA PARA LA SECRETARIA. ANEXO 1.1. FICHA TÉCNICA, NUMERAL 2 PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO QUE REALICE LA PRUEBA EN SUERO O PLASMA DE MANERA INDIVIDUAL POR PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTO.
	REFORMULA PREGUNTA		PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
95	ANEXO 1.1 FICHA TECNICA 7. AFERESIS NUMERAL 7.1.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA RECAMBIO PLASMATICO CON UN VOLUMEN EXTRACORPOREO DE 185 ML. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SE LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
96	NUMERAL 4.6.1.7 EXPERIENCIA... ESCRITO FIRMADO POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL QUE CONTENGA LA LISTA DEL PERSONAL DE INGENIERÍA QUE....	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA LOS CASOS DE LOS REFRIGERADORES, NOS PERMITA PRESENTAR CONSTANCIAS DE TECNICOS EN REFRIGERACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
	REFORMULA PREGUNTA	NUMERAL 4.6.1.7. EXPERIENCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA ESPECIALIZACIÓN EN REFRIGERACIÓN YA QUE NO DEMERITA LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 4.6.1.7



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
97	NUMERAL 4.6.1.7 EXPERIENCIA... ESCRITO FIRMADO POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL QUE CONTENGA LA LISTA DEL PERSONAL DE INGENIERÍA QUE....	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO OPCION PRESENTAR INFORMACION DE TECNICOS ESPECIALIZADOS Y/O PASANTES, QUIENES CUENTAN CON EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN LOS EQUIPOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
98	4.6.1.8 EXPERIENCIA TECNICOS DE SOFTWARE DE GESTION. CERTIFICADO, DIPLOMA O ALGUN AOTRA CONSTANCIA DEL PERSONAL EN MINIMO PROGRAMAS DE GESTION DE SOFTWARE COMO POR EJEMPLO JAVA Y/O UNO BLACK BELT, EL CUAL NO DEBERA TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 12 MESES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CERTIFICADO, DIPLOMA O ALGUNA OTRA CONSTANCIA DEL PERSONAL PUEDE SER EN MINIMO PROGRAMAS DE GESTION DE SOFTWARE COMO POR EJEMPLO JAVA Y/O UNO BLACK BELT, PUDIENDO SER DE CUALQUIER DIA DEL MES DE JUNIO 2021 A LA FECHA?	ES CORRECTO.
99	NUMERAL 4.6.1.7 EXPERIENCIA...	PARA EL CASO DE LOS EQUIPOS SECUNDARIOS, EXISTEN ALGUNOS BIENES QUE SON DE USO DESECHABLE, LOS CUALES POR SU NATURALEZA NO SE DEBERAN REPARAR SINO SUSTITUIRSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	FAVOR DE REPLANTEAR SU PREGUNTA, ¿A QUE SE REFIERE CON EQUIPO SECUNDARIO?
	SE REFORMULA PREGUNTA	4.6.1.7. EXPERIENCIA EXISTEN EQUIPOS COMPLEMENTARIOS QUE POR SU PROPIO DISEÑO, LOS FABRICANTES ELIMINAN LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDANDO LA SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS EN CASO DE QUE ESTOS SUPUESTOS APLIQUEN A AQUELLOS EQUIPOS OFERTADOS POR MI REPRESENTADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SEA CONSIDERADA DICHA SITUACIÓN EXCEPCIONAL Y NO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO ANEXEN HOJA DE MANUAL DONDE INDIQUE QUE LOS EQUIPOS SON LIBRES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EL MANUAL DEBERÁ CITAR LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN MENCIÓN.
	PRECISIÓN 1	SOBRE EL CONTROL EXTERNO DÉBIL, DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM253 TAMBIÉN ESTE CONTROL SE DEBERÍA SOLICITAR PARA CHAGAS Y PRUEBAS DE SÍFILIS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE*

BIODIST, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISOS K) Y L)	ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN TOMAR COMO ORIGINALES LAS IMPRESIONES DERIVADAS DEL TRÁMITE EN ELECTRÓNICO, LO ANTERIOR PARA LOS INCISOS K Y L, SIN EMBARGO, A LA ENTREGA DE LA PROPUESTA PRESENTAREMOS DOS TANTOS UNO QUE FUNGIRÁ COMO ORIGINAL Y OTRO COMO COPIA SIMPLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LO SOLICITADO EN EL INCISO K) SE ENTREGARÁ DOS TANTOS DEL DOCUMENTO EMITIDO VÍA ELECTRÓNICA COMO ORIGINALES. EN EL CASO DEL INCISO L) DEBERÁ ENTREGAR EN UN SOLO TANTO COMPROBANTE DE PAGO DE LOS DOS ÚLTIMOS BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	4.6.1.7 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO VIÑETA 3	DICE: CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DONDE SE INDIQUE EL MODELO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS Y/O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
3	4.6.1.7 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO VIÑETA 4	SE ENTIENDE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VIÑETA DE REFERENCIA SE PODRÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE ORDEN DE SERVICIO, BITÁCORA O ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	SE ACEPTARÁ COPIA SIMPLE LEGIBLE DE ORDEN DE SERVICIO O BITÁCORA.

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS



Página 44 de 57



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO, SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE.

4	4.7.2 PROPUESTA ECONÓMICA PUNTO 1 Y ANEXO 20	<u>DICE: REQUISICIÓN, CLAVE SAICA, CODIGO CAMSDF, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA, CANTIDAD REFERENCIAL...</u> ES CORRECTO ENTENDER QUE LA "CANTIDAD REFERENCIAL" SE REFIERE A LA COLUMNA DE "PRUEBAS ESTIMADAS" DESCRITA EN EL ANEXO 20. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	ES CORRECTO, LAS CANTIDADES DE PRUEBAS SOLO SON ESTIMADAS AL SER UNA LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. LAS PRUEBAS SON LAS QUE SE REALICEN A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO A EJERCER LO QUE OCURRA PRIMERO
---	--	--	--

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

5	ANEXO 1.12	ENTENDEMOS QUE PARA EL CASO DE LAS COLUMNAS "CERTIFICADO ISO 13485" Y "CERTIFICADO ISO 9001" PODRÁ REQUISITARSE UNA U OTRA DEPENDIENDO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA QUE CUENTE EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA NÚMERO 6.
6	4.6.1 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS SE PERMITA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA LA REFERENCIA DE EQUIPOS ANALIZADORES; HEMATOLOGÍA, SEROLOGÍA, INMUNOHEMATOLOGÍA, NAT Y SUS REACTIVOS PRINCIPALES. CON RESPECTO A LOS EQUIPOS BÁSICOS E INSUMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SERÁN CONSIDERADOS PARA ENTREGA EN LOS BANCOS DE SANGRE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
7	4.6.1.2 INCISO B PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS PARA LOS EQUIPOS BÁSICOS SEA OPCIONAL LA PRESENTACIÓN DE REGISTRO SANITARIO O AVISO DE COFEPRIS Y LOS CERTIFICADOS Y SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PROPORCIONARÁ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. FAVOR DE PRONUNCIARSE	NO SE ACEPTA.
8	4.6.1.4 PROPUESTA TÉCNICA	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO SOLO APLICA PARA EQUIPOS ANALIZADORES; HEMATOLOGÍA, SEROLOGÍA,	NO ES CORRECTO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

		INMUNOHEMATOLOGÍA Y NAT. FAVOR DE PRONUNCIARSE	
9	4.6.1.4 INCISO A PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS QUE DICHA CARTA DE AÑOS DE FABRICACIÓN O DOCUMENTO DE COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN SEA PRESENTADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA?	LAS CARTAS SOLICITADAS EN EL PUNTO 4.6.1.4 SE DEBERÁN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA, Y EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA CARTA SOLICITADA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 4.6.1.23, COMO CARTA DE AÑOS DE FABRICACIÓN O DOCUMENTO DE COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN.
10	4.6.1.4 INCISO B PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS QUE LA CARTA DE APOYO SOLICITADA SOLO APLIQUE PARA INSUMOS QUE SE EMPLEAN EN LOS EQUIPOS ANALIZADORES ¿SE ACEPTA?	SE DEBE ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.6.1.4 PARA EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS E INSUMOS QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.
11	1.1.9.2 FICHA TÉCNICA HEPATITIS C	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, OFERTAR REACTIVO PARA HEPATITIS C CON ANTÍGENOS RECOMBINADOS QUE REPRESENTAN LAS PROTEÍNAS DEL NÚCLEO NS3 Y NS4 PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTICUERPOS ANTI HCV. Y NOS PERMITA OFERTAR UN CONTROL POSITIVO Y UN CONTROL NEGATIVO INCLUIDO DE FABRICANTE Y UN CONTROL EXTERNO. ¿SE ACEPTA?	• PARA LA PRIMERA PREGUNTA REFERENTE AL REACTIVO NO SE ACEPTA. • PARA LA SEGUNDA PREGUNTA REFERENTE A LOS CONTROLES DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NO.1
12	1.1.9.3 FICHA TÉCNICA HBSAG	SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR UN NIVEL DE CONTROL POSITIVO Y UN NIVEL DE CONTROL NEGATIVO INCLUIDO DE FABRICANTE Y UN CONTROL EXTERNO PARA LA PRUEBA DE HBSAG.	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NO.1.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO, SERVICIOS

ACTA GORESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

		¿SE ACEPTA?	
13	1.1.9.4 FICHA TÉCNICA HBC	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR PARA PRUEBA DE HEPATITIS B CORE (HBC) UN CONTROL POSITIVO Y UN CONTROL NEGATIVO INCLUIDO DE FABRICANTE Y UN CONTROL EXTERNO ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NO.1
14	1.1.9.5 FICHA TÉCNICA SIFILIS	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, OFERTAR REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS TOTALES CONTRA EL TREPONEMA PALIDUM Y ESPECIFICIDAD IGUAL O MAYOR A 99.8%. Y NOS PERMITA OFERTAR UN NIVEL DE CONTROL POSITIVO Y UN NIVEL DE CONTROL NEGATIVO INCLUIDO DE FABRICANTE Y UN CONTROL EXTERNO. ¿SE ACEPTA?	• PARA LA PRIMERA PREGUNTA REFERENTE EL REACTIVO NO SE ACEPTA. • PARA LA SEGUNDA PREGUNTA REFERENTE A LOS CONTROLES DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NO.1
15	1.1.9.6 FICHA TÉCNICA CHAGAS	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA PRUEBA CHAGAS, CON UN NIVEL DE CONTROL POSITIVO Y UN NIVEL DE CONTROL NEGATIVO INCLUIDO DE FABRICANTE Y UN CONTROL EXTERNO ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NO.1
16	1.2.9.2 FICHA TÉCNICA HCV	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, OFERTAR REACTIVO PARA HEPATITIS C CON ANTÍGENOS RECOMBINADOS QUE REPRESENTAN LAS PROTEÍNAS DEL NÚCLEO NS3 Y NS4 PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTICUERPOS ANTI HCV. Y NOS PERMITA OFERTAR UN CONTROL POSITIVO Y UN CONTROL NEGATIVO INCLUIDO DE FABRICANTE Y UN CONTROL EXTERNO. ¿SE ACEPTA?	• PARA LA PRIMERA PREGUNTA REFERENTE AL REACTIVO NO SE ACEPTA. • PARA LA SEGUNDA PREGUNTA REFERENTE A LOS CONTROLES DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NO.1
17	1.2.9.3 FICHA TÉCNICA HBSAG	SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR UN NIVEL DE CONTROL POSITIVO Y UN NIVEL DE CONTROL NEGATIVO INCLUIDO DE FABRICANTE Y UN CONTROL EXTERNO PARA LA PRUEBA DE HBSAG. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NO.1
18	1.2.9.4 FICHA TÉCNICA SIFILIS	SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, OFERTAR REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS TOTALES CONTRA EL TREPONEMA PALIDUM Y ESPECIFICIDAD IGUAL O MAYOR A 99.8%.	• PARA LA PRIMERA PREGUNTA REFERENTE AL REACTIVO, NO SE ACEPTA. • PARA LA SEGUNDA PREGUNTA REFERENTE A LOS CONTROLES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE"

		Y NOS PERMITA OFERTAR UN NIVEL DE CONTROL POSITIVO Y UN NIVEL DE CONTROL NEGATIVO INCLUIDO DE FABRICANTE Y UN CONTROL EXTERNO. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NO.1
19	1.2.9.5 FICHA TÉCNICA CHAGAS	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA PRUEBA CHAGAS, CON UN NIVEL DE CONTROL POSITIVO Y UN NIVEL DE CONTROL NEGATIVO INCLUIDO DE FABRICANTE Y UN CONTROL EXTERNO ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NO.1
20	1.2.9.6 FICHA TÉCNICA HEP. A	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA PRUEBA DE HEPATITIS A, UN NIVEL DE CONTROL POSITIVO Y UN NIVEL DE CONTROL NEGATIVO INCLUIDO FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA.
	MANIFIESTA EL LICITANTE QUE NO DESEA REPLANTEAR SU PREGUNTA		
21	2 FICHA TÉCNICA NAT	SOLICITAMOS PARA LA PRUEBA DE NAT CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE CONSIDERE EL PROCESO DE PRUEBA POR POOL PARA HIV, HCV Y HBSAG. ¿SE ACEPTA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL TIEMPO, LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICIENCIA SEA EQUIPARABLE.
22	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA 6 INMUNOHEMATOLOGÍA 6.1.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS COMENTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN Y HAY UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO, RENGLÓN 1 A 3 HACE MENCIÓN A ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOANÁLISIS MULTIPARAMÉTRICO...NI BLOQUEOS NI INTERRUPCIONES. SE SOLICITA SE ELIMINEN ESTOS RENGLONES CON ESTA ESPECIFICACIONES CONSIDERANDO QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO DE INMUNOLOGÍA Y NO INMUNOHEMATOLOGÍA COMO LO SOLICITA EN EL NUMERAL 6 ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
23	ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA 6 INMUNOHEMATOLOGÍA 6.1.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS NOS COMENTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ¿SE PODRÁ OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS? CONSIDERANDO QUE EL REACTIVO HACE	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO, SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


		REFERENCIA A TARJETA DE GEL O MICROESFERA DE VIDRIO ANALIZADOR AUTOMATIZADO EN COLUMNAS DEL GEL O CASSETTE DE ESFERAS DE VIDRIO CON: CAPACIDAD DE MONTAR TARJETAS DE GEL O CASETES DE MICROESFERAS DE VIDRIO IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS RESUSPENSION DE LOS ERITROCITOS DILUCIÓN Y DISPENSADO DE MUESTRAS Y REACTIVOS INCUBACIÓN A TEMPERATURA REQUERIDA POR EL TIPO DE PRUEBA CENTRIFUGACIÓN AUTOMÁTICA DE TARJETA DE GEL O CASSETTE DE MICROESFERAS DE VIDRIO LECTURA AUTOMÁTICA DE TARJETA DE GEL O CASSETTE DE MICROESFERAS DE VIDRIO INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE RESULTADOS UTILIZACIÓN DE CUALQUIER TUBO PRIMARIO CAPACIDAD DE INTERFASE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO DETECCIÓN DE ATASCO DE AGUA POR COAGULO ¿SE ACEPTA? CONSIDERANDO QUE LOS EQUIPOS E INSUMOS COMO REQUISITO PARA LIBERAR EL REGISTRO SANITARIO REQUIEREN CONTAR CON INFORME DE TECNOSVIGILANCIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE ESTE REQUISITO SEA CUBIERTO ÚNICAMENTE CON LA PRESENTACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO PARA LOS EQUIPOS E INSUMOS QUE APLIQUE ¿SE ACEPTA?	
24	4.6.1.16 TECNOSVIGILANCIA VINETA 1		NO SE ACEPTA.

LABORATORIOS LICON, S.A., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.6.1.3 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS. COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS ANALIZADORES FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA CINCO AÑOS, PRESENTANDO CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE QUE INDIQUE SU FECHA DE FABRICACIÓN.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO, NO NECESARIAMENTE NUEVOS, CON UNA ANTIGÜEDAD DE 6 AÑOS. ENTREGANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE, EN CASO DE FALLA, SE REALIZARÁ EL CAMBIO INMEDIATO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA.
2	6.1.23. CARTA DE COMPROBACIÓN DE AÑOS DE FABRICACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA CARTA BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE COMPROMETE A QUE LOS EQUIPOS ANALIZADORES BÁSICOS Y DE CÓMPUTO QUE SE INSTALARÁN PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, DEBERÁN SER NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE 5 AÑOS, NO INSTALARÁN EQUIPOS DE PROCEDENCIA CHINA, PAKISTÁN, COREA, TAIWAN E INDIA, ASÍ COMO, EQUIPOS RECONSTRUIDOS NI CORRESPONDIENTES A SALDOS O REMANENTES QUE OSTENTEN LAS LEYENDAS "ONLY EXPORT" NI "ONLY INVESTIGATION", DESCONTINUADOS, POR DESCONTINUARSE O QUE NO SE AUTORIZA SU USO EN EL PAÍS DE ORIGEN. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE ENLISTE LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE CÓMPUTO QUE INSTALARÁN PARA BRINDAR EL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE. DICHA CARTA DEBERÁ CITAR, EL NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN,	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA ENTREGAR DICHA CARTA, 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO, ESTO DERIVADO DE QUE LA SOLICITUD Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS EN CASO DE SER ADJUDICADOS, SE DEBE DE REALIZAR CON TIEMPO DE ANTICIPACIÓN PARA UNA BUENA LOGÍSTICA DE LOS MISMOS Y PODER ASÍ DEFINIR LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO, SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE*

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	UNIDAD HOSPITALARIA A INSTALAR Y NUMERO DE PEDIMENTO, EMITIDA O EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, DICHA CARTA DEBERÁ CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL Y DEBERÁN ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A MÁS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO.		
3	4.6.1.7. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO. COPIA LEGIBLE DE DOCUMENTO DEBIDAMENTE MEMBRETADO DE POR LO MENOS UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA A LA CUAL SE LE HAYA PRESTADO EL SERVICIO, DONDE SE DEMUESTRA QUE EL (LOS) INGENIERO(S) Y/O TÉCNICOS REALIZÓ EN AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO TRES AÑOS) EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE, PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO, PODEMOS PRESENTAR ORDEN DE SERVICIO, DONDE VIENE INDICADO: FECHA, INGENIERO QUE LO REALIZÓ, DONDE SE REALIZÓ, EQUIPO TIPO DE SERVICIO QUE SE REALIZÓ. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA COPIA SIMPLE LEGIBLE DE ORDEN DE SERVICIO O BITÁCORA.
4	4.6.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES. B. REGISTROS Y CERTIFICADOS ESPECÍFICOS A APLICAR, EN LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS DE BANCO DE SANGRE. 2. CERTIFICADOS. 2.2. PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO. 2.2.1 REGISTROS INTERNACIONALES: FDA, CE O JIS. 2.2.2 CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO: ISO 13485:2016.	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ESTE APARTADO, PODEMOS ENTREGAR CERTIFICADO FDA Ó CE Ó JIS Ó CERTIFICADO DE Ó CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO ISO 13485:2016. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	4.6.1.2. NORMAS Y CERTIFICACIONES. C. REGISTROS Y CERTIFICADOS ESPECÍFICOS A APLICAR, EN LOS INSUMOS (MATERIALES, REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES. 2. CERTIFICADOS. 2.1 PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO. 2.2.1 REGISTROS INTERNACIONALES: FDA, CE O JIS. 2.2.2	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ESTE APARTADO, PODEMOS ENTREGAR CERTIFICADO FDA Ó CE Ó JIS Ó CERTIFICADO DE Ó CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN APLICABLE A INSUMOS (MATERIALES, REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES. ISO 13485:2016. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
6	6.1.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO DE COLUMNAS DE GEL O ESFERAS DE VIDRIO O CASSETTE O ESTADO SOLIDO PARA LOS SERVICIOS DE SANGRE EN SU MODALIDAD BANCO DE SANGRE Y SERVICIOS DE SANGRE CON CAPTACIÓN: SE REQUIERE ANALIZADOR AUTOMATIZADO EN COLUMNAS DE GEL O ESFERAS DE VIDRIO PARA INMUNOANÁLISIS MULTIPARAMÉTRICO, CONTROLES, REACTIVOS Y CALIBRADORES, SIN PAUSAS NI BLOQUEOS O INTERRUPCIONES, INCLUIDAS LAS MUESTRAS URGENTES CON SISTEMA DE LAVADO Y LECTURA AUTOMÁTICO.	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LA ESPECIFICACIÓN "PARA INMUNOANÁLISIS MULTIPARAMÉTRICO, CONTROLES, REACTIVOS Y CALIBRADORES, SIN PAUSAS NI BLOQUEOS O INTERRUPCIONES, INCLUIDAS LAS MUESTRAS URGENTES CON SISTEMA DE LAVADO Y LECTURA AUTOMÁTICO", NO CORRESPONDE A ESTE EQUIPO, SI NO AL EQUIPO DE INMUNOANÁLISIS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA. EN CASO DE SER AFIRMATIVO, ESTA ESPECIFICACIÓN NO SERÁ CONSIDERADA PARA ESTE EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
7	6. INMUNOHEMATOLOGÍA. 6.1 MENU DE DETERMINACIONES EN COLUMNA DE GEL O ESFERAS DE VIDRIO O CASSETTE O ESTADO SOLIDO (AUTOMATIZADO). GRUPO SANGUÍNEO, PRUEBA ABO (DIRECTA E INVERSA) Y RH	ES CORRECTO QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CONTROL, GRUPO INVERSO A Y GRUPO INVERSO B, EN UNA SOLA TARIJETA, EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE
8	6. INMUNOHEMATOLOGÍA. 6.1 MENU DE DETERMINACIONES EN COLUMNA DE GEL O ESFERAS DE VIDRIO O CASSETTE O ESTADO SOLIDO (AUTOMATIZADO). PRUEBA CRUZADA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OFERTA DE ESTA PRUEBA, DEBEMOS CONSIDERAR PRUEBA MAYOR Y AUTOCONTROL. ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9	6.3 MENU DE DETERMINACIONES EN TUBO. DETERMINACIÓN EN TUBO DE GRUPO A1 Y A2.	ES CORRECTO QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE REFIERE A LAS LECTURA A1 Y LECTURA H. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
10	6.4 RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CONTRA ANTIGENOS ERITROCITARIOS. PARA EL SERVICIO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE XOCO. JUEGO COMPLETO DE ANTISUEROS DE LOS SISTEMAS SANGUÍNEOS FUERA DEL SISTEMA ABO PARA FENOTIPIFICACIÓN (LEWIS, DUFFY, D, CECE, ETC.).	ES CORRECTO QUE PARA REALIZAR EL RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS ERITROCITARIOS, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR JUEGO DE LOS SIGUIENTES ANTISUEROS DE LOS SISTEMAS SANGUÍNEOS FUERA DEL SISTEMA ABO Y DEL SISTEMA RH: LEWIS-A, LEWIS-B, DUFFY-A, DUFFY-B, ANTIDIEGO, ANTI-KELL, ANTI-K, ANTI-PENNY A, ANTI-PENNY B, ANTI-N, ANTI-M, ANTI-S, ANTI-s, ANTI-	EL JUEGO DE ANTISUEROS ES A DEMANDA DE LOS BANCOS DE SANGRE Y ESPECÍFICAMENTE EN ALGÚN SERVICIO DE TRANSFUSIÓN QUE LO AUTORICE LA COORDINACIÓN OPERATIVA DE BANCO DE SANGRE




PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		P1, ANTI-Jka, ANTI-Jkb y ANTI-C, ANTI-c, ANTI-E y ANTI-e. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
11	9. CONTROL DE CALIDAD. 9.1 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN LAS DETERMINACIONES IMMUNOHEMATOLÓGICAS. 9.2 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DETERMINACIONES SEROLÓGICAS. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PRUEBAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA DETECTAR VIH, VHB Y VHC.	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012 NUMERAL 15.1.1 y 15.1.2, LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN INSCRIBIR A LOS BANCOS DE SANGRE A UN PROGRAMA EXTERNO DE LA CALIDAD PARA SEROLOGÍA, IMMUNOHEMATOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, EL CUAL CUENTE CON ISO 17043 COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD Y ACREDITADO POR LA EMA; EN FORMA ADICIONAL A LOS PROPORCIONADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE LA TRASFUSIÓN SANGÜÍNEA ¿FAVOR DE ACLARAR?	DEBERÁ DE INSCRIBIRSE A LOS BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE CAPTACIÓN EN EL PROGRAMA EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN LO ESTIPULE LA NOM-253-SSA1-2012
12	1. SEROLOGÍA INFECCIOSA. 1.1. MENÚ DE PRUEBAS SEROLOGÍAS EN SERVICIO DE SANGRE XOCO Y 1.2.MENÚ DE PRUEBAS SEROLOGÍAS EN EL SERVICIO DE SANGRE DE IZTAPALAPA.	ES CORRECTO, QUE SE DEBERÁ OFERTAR PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA AMBOS HOSPITALES, CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CUYO VALOR NO EXCEDERÁ DE TRES VECES DEL PUNTO DE CORTE, EL CUAL ES INDEPENDIENTE DE LOS CONTROLES QUE INCLUYE EL FABRICANTE PARA LOS MARCADORES HIV, HCV, HBSAG, SIFILIS, CHAGAS Y DEBERÁ SER RESPALDADO CON CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISIÓN MÉDICA NÚMERO 1.

VE + S.A.P.I. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS

PREG. NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.5. ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. R. ÚNICAMENTE PARA LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTEN CON OTRO U OTROS PARTICIPANTES PROPUESTA DE MANERA CONJUNTA, CUMPLIR EN LOS CASOS APLICABLES, CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN	DEBEMOS ENTENDER QUE PODRÁN PRESENTAR OFERTAS DE MANERA CONJUNTA EMPRESAS DE CUALQUIER TIPO DE ESTRATIFICACIÓN LO CUAL PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES, EN	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA REGLA QUINTA DE LAS REGLAS PARA FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

	LA REGLA QUINTA DE LAS REGLAS PARA FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y LOCALES, EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2003.....	CONJUNTO CON EMPRESAS GRANDES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOCALES, EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE EN SU PARTE CONDUCTENTE SEÑALA: QUINTA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y LOCALES PODRÁN PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, PRESENTANDO PROPUESTAS A CUMPLIR POR DOS O MÁS DE LAS EMPRESAS CITADAS, SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA NUEVA SOCIEDAD.
2	4.5. ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. R. LAS EMPRESAS QUE PARTICIPEN DE MANERA CONJUNTA CON OTRAS, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA REQUERIDA EN ESTAS BASES, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO, Y COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE PARA COTEJO, COMO SI CADA UNA DE ELLAS PARTICIPARÁ DE FORMA INDIVIDUAL. LA OMISIÓN DE DICHO REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, CADA EMPRESA QUE PARTICIPE EN FORMA CONJUNTA, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SU DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA EL RECIBO DE COMPRA DE BASES A LA PRESENTE LICITACIÓN EFECTUADO POR ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES, PARA EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN VISITAS DEL MISMO MODO SE DEBERÁ INTEGRAR EL REGISTRO DE VISITAS, ASÍ MISMO LAS PROPUESTAS (TÉCNICAS Y ECONÓMICAS) DEBERÁN SER SUSCRITAS POR EL REPRESENTANTE COMÚN DESIGNADO EN EL CONVENIO	DEBEMOS ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁN PRESENTAR SI SE PRESENTA DE MANERA CONJUNTA LA PROPUESTA, ES LA INDICADA EN EL NUMERAL 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO DEL A AL M ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA REQUERIDA EN LAS BASES, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO, Y COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE PARA COTEJO. QUE DEBERÁN DE PRESENTAR COMO SI CADA UNA DE ELLAS PARTICIPARA EN FORMA INDIVIDUAL: ES LA SEÑALADA EN EL NUMERAL 4.4 "DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISOS DEL A) AL M) Y LA DEL NUMERAL 4.5 "ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL"; INCISOS A) AL F). ASÍ MISMO BASÁNDOSE PARA TAL EFECTO EN EL MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE SE LES HARÁ ENTREGA EN ESTE MISMO ACTO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO, SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

3	4.5. ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. S. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE COMPROMETE A GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD Y SECRECIA, SOBRE LOS DATOS Y TRABAJOS QUE RESULTEN DEL MISMO O QUE LE SEAN PROPORCIONADOS, NO PUDIENDO REVELARLOS O UTILIZARLOS, YA SEA EN PROVECHO PROPIO DE TERCEROS, DURANTE Y CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL ANEXO 26.	EN ESTE INCISO INDICAN INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ CAMBIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO SE DEBERA REFERIR A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 30001122-014-2022
---	--	---	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

- V. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE RESPONDIERON NO TENER ALGUNO.-----
- VI. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.-----
- VII. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.-----
- VIII. LA CONVOCANTE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022, A LAS 12:00 HORAS EN ESTA MISMA SALA.-----
- IX. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS 22:40 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. -----

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C. ELIAS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	
	KEREN HAPPUCH MARTÍNEZ ISLAS ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE SANGRE	
	ARMANDO ESTRADA AGUILAR REPRESENTANTE	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRIGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MANUEL DELGADO MORA REPRESENTANTE	

POR LOS LICITANTES

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE	FIRMA
DICIPA, S.A. DE C.V.	JOSÉ LUIS BERNAL LÓPEZ	
INSTRUMENTOS Y EQUIPO FALCÓN, S.A. DE C.V.	CATALINA MORALES VERA	
BIODIST, S.A. DE C.V.	ISRAEL GOYTIA SIL	
LABORATORIOS LICON, S.A.	MARÍA ELENA TREJO ROJO	

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2022, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE
SANGRE.