

**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBSECRETARÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS E INSUMOS,  
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2025  
Oficio No. SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/669/2025  
**ASUNTO:** Dictamen Técnico

**LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA URIBE**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
**PRESENTE**

En seguimiento a su Oficio No. SSCDMX/DGAF/DRMAS/0443/2025, a través del cual solicita el Dictamen Técnico para la Licitación Pública Internacional No. 30001122-006-2025 "ADQUISICIÓN DE UNIDADES RADIOLÓGICAS DIGITALES PARA ESTUDIOS DE TÓRAX EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"; Al respecto, anexo el Dictamen Técnico, así como la documentación evaluada de las empresas BIODIST, S.A. DE C.V. (1 carpeta y 1 USB) y de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V. (1 USB y un fajo de hojas).

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**Q.F.B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY**  
DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS  
[dmit.correspondencia@gmail.com](mailto:dmit.correspondencia@gmail.com)

RECIBIDO

30 OCT 2025

1372-04

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
CALLE CALDERA, 1 FAJAS 1733  
DE HOJAS Y 2 USB.

C.c.c.e.p

Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera. - Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos. Para su conocimiento. Presente.  
[subsecretaria.smi@salud.cdmx.gob.mx](mailto:subsecretaria.smi@salud.cdmx.gob.mx)

CPQF/ZIRR/VP

-000016



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

70  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
TENOCHTITLAN




**"DICTÁMEN TÉCNICO"**

**"ADQUISICIÓN DE UNIDADES RADIOLÓGICAS DIGITALES PARA ESTUDIOS DE TÓRAX EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, FOLIO DMTI 027-2025"**

PROVEEDOR	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	MARCA Y MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.  -000017	531.341.2537	UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX	MARCA: ITALRAY, MODELO: X-FRAME DR EZ.	EQUIPO	NO CUMPLE	<p><b>ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA:</b></p> <p>1. EN LA FICHA TÉCNICA PARA LOS DETECTORES DIGITALES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SE SOLICITÓ UNA CERTIFICACIÓN IP63 O IP64 PARA CUMPLIR CON LA HERMETICIDAD AL POLVO, PROTEGIENDO CONTRA SALPICADURAS Y CHORROS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN. EL LICITANTE OFERTÓ DETECTORES DIGITALES CON CERTIFICACIÓN IPX1 EL CUAL SOLAMENTE GARANTIZA CONTRA GOTAS VERTICALES DE AGUA Y NO CONTRA POLVO.</p> <p><b>ANEXO TÉCNICO:</b></p> <p>2. <b>NUMERAL 5 Y 6.7 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS,</b> LAS IMÁGENES PRESENTADAS EN LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS POR EL LICITANTE NO CUMPLIERON CON LA CONFIABILIDAD DIAGNÓSTICA REQUERIDA. ADEMÁS QUE, ENTRE LAS MUESTRAS SE SOLICITÓ IMÁGEN DE COLUMNA LUMBO SACRA LATERAL, TELERADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y DE ABDOMEN EN POSICIÓN DE PIE Y EN AP, DE PACIENTE BARIATRICO; LA MUESTRA QUE PRESENTÓ EL LICITANTE, NO CORRESPONDÍA CON UN PACIENTE BARIÁTRICO.</p> <p>3. <b>NUMERAL 6.10. CRONOGRAMA DE DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN,</b> SE SOLICITÓ EN EL ANEXO TÉCNICO QUE EL CRONOGRAMA CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES DESDE DESINTALACIÓN, TRASLADO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN. EL LICITANTE NO OFERTÓ LA DESINSTALACIÓN, TRASLADO (DEL EQUIPO ACTUALMENTE INSTALADO) Y LA CAPACITACIÓN DEL NUEVO EQUIPO.</p> <p>4. <b>NUMERAL 6.22. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS,</b> EL LICITANTE OFERTÓ UN PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS NO VIGENTE, CON VÁLIDEZ HASTA EL 30 DE AGOSTO 2020.</p>





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
SUBSECRETARÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS E INSUMOS  
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

PROVEEDOR	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	MARCA Y MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
BIODIST S.A. DE C.V.	531.341.2537	UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX	MARCA: AGFA, MODELO: DR400	EQUIPO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

ING. ZAZIL IMA-SUMA RAMÍREZ RIVERA  
J.U.D. DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN

ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES  
SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS

Q.F.B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY  
DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

-000018

OFICIO NUM. SSCDMX/DGAF/DRMAS/0443/2025  
OFICIO NUM. SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/669 /2025

-000018

