



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"

SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2025**, EN LA SALA DE LICITACIONES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 11 DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NO. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS **ARTÍCULOS 43, 55 Y 56 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO**, LA **ING. MARINA SERRANO RETANA**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO **30001122-006-2025**, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UNIDADES RADIOLÓGICAS DIGITALES PARA ESTUDIOS DE TÓRAX EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL", HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----

-----**HECHOS**-----

POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES **SERVIDORES PÚBLICOS**: -----

ÁREA	SERVIDOR PÚBLICO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	<b>ING. ADRIÁN ADAME CHÁVEZ</b> SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
	<b>ING. MARINA SERRANO RETANA</b> JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
	<b>C. ANTONIO CRUZ BENIGNO</b> JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	<b>MTRA. JACQUELINE VÁZQUEZ BRUNO</b> JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA "B"
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	<b>LIC. MARIO EDUARDO GUTIERREZ PICAZO</b> REPRESENTANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	<b>DRA. DAMARIS CHÁVEZ PEDROTE</b> DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍA E INSUMOS	<b>ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES</b> SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS
	<b>ING. ZAZIL IMA-SUMA RAMÍREZ RIVERA</b> JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN
CONTRALORIA CIUDADANA	<b>C. ROBERTO VALLE BEDOLLA</b> CONTRALOR CIUDADANO

DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

-000096



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	FERNANDO DÍAZ SANCHÉZ
MEDINGENIUM, S.A. DE C.V.	JOSÉ LÓPEZ LICEAGA
BIODIST, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERÓN

**PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE Y ÁREA TÉCNICA:**

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, SE INFORMA QUE SI EXISTEN PRECISIONES A LAS BASES.

POR LA CONVOCANTE

1. SE CAMBIA LA FECHA DEL EVENTO:

EVENTO	FECHA	HORARIO	LUGAR
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	27 DE OCTUBRE DE 2025	11:00 HORAS	SALA DE LICITACIONES, UBICADA EN EL PISO 11, DE LA TORRE INSIGNIA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NO. 423, COL. NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO.
COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y FALLO	03 DE NOVIEMBRE DE 2025	11:00 HORAS	

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ACTÚA, SE INFORMA QUE SI SE RECIBIERON CUESTIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

1. EL LICITANTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:


NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
1.	VISITA A SITIOS	¿SE DEBEN CONSIDERAR PARA LOS ALCANCES DE ADECUACIÓN: ¿PLAFÓN, PVC Y LAMINADOS DE PUERTAS Y MARCO DE VENTANA? Y SI SE INCLUYE LA REMODELACIÓN DE SANITARIOS. SÓLO EN ORIENTE DIJERON QUE LO MÁS MÍNIMO, EN NORTE Y PENITENCIARÍA PIDIERON LA REMODELACIÓN DE TODA EL ÁREA CON PISO DE PVC Y CURVA SANITARIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERÁ LO MISMO PARA TODOS LOS SITIOS	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO SE DEBE DE CONSIDERARSE LA CURVA SANITARIA, ASÍ COMO NINGUNA DE LAS ADECUACIONES MENCIONAS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
2.	VISITA A SITIOS	PARA LOS 4 SITIOS, ¿SE CUENTA CON LEVANTAMIENTO DE NIVELES ACTUALIZADO DE LA SALA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO, NO SE CUENTA CON LEVANTAMIENTO DE NIVELES
3.	VISITA A SITIOS	PARA LOS 4 SITIOS, ¿CUÁL ES EL ESPESOR DE LOSA EN SALA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN
4.	VISITA A SITIOS	¿PARA LAS UNIDADES QUE CUENTAN CON VOLTAJE 220 V, SE DEBERÁ SUMINISTRAR AUTOTRANSFORMADOR ¿SE SUGIERE ALGÚN MÉTODO DEL TENDIDO DEL CABLE O DEBEREMOS PROPONERLO NOSOTROS?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: DEBERÁ DE PROPONERLO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA CENTRO DE READAPTACIÓN
5.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿CUÁL ES EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE EN LA SALA? ¿SU FUNCIONAMIENTO ES ADECUADO? Y EN CASO DE SER ASÍ, ¿SE DEBERÍA DE CONSIDERAR DE RESPALDO O DE CALCULAR UN SISTEMA INDEPENDIENTE Y NUEVO PARA LAS ÁREAS?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: DEBERÁ DE CONSIDERAR EL AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS
6.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿SE DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO DE VIDRIO PLOMADO NUEVO EN LAS ÁREAS DONDE NO ESTE?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SI SE DEBE DE CONSIDERAR
7.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿SE TIENE ESPACIO EN LOS TABLEROS PARA ILUMINACIÓN Y CONTACTOS NUEVOS?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SI, SE CUENTA CON EL ESPACIO.
8.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿SE DEBEN CONSIDERAR CIRCUITOS NUEVOS PARA LA ILUMINACIÓN DE LUMINARIAS Y CONTACTOS?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿QUÉ DISTANCIA HAY DE LA SALA AL SITE MÁS CERCANO?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SE REQUIERE ÚNICAMENTE QUE LA CONSOLA SE COMUNIQUE CON LA IMPRESORA, ES DECIR NO APLICA
10.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, SE DEBEN CONSIDERAR NODOS EXTRAORDINARIOS (APARTE DE LOS SOLICITADOS EN GUÍA MECÁNICA, PROPIOS DEL EQUIPO) Y EN CASO DE SER ASÍ, ¿IDENTIFICAR EL NÚMERO?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO ES NECESARIO CONSIDERAR NODOS EXTRAORDINARIOS.
11.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿SE TIENEN HORARIOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: EL HORARIO ESTABLECIDO ES DE 8:00 HRS A 15:00 HRS
12.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿EXISTEN HORARIOS ESTABLECIDOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE ESCOMBRO DEFINIDOS?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: EL HORARIO ESTABLECIDO ES DE 11:00 HRS A 15:00 HRS
13.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿NOS CONECTAREMOS DE PLANTA DE EMERGENCIA O RED NORMAL?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SE CONECTARA A UNA RED NORMAL.
14.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿CUÁLES SON LOS ALCANCES MÍNIMOS QUE REQUERIRÁ LA ADECUACIÓN DE SALA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SERÁ DEFINIDO POR EL LICITANTE DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA
15.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, ¿DE PASAR PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONDUCTOR EXISTENTE, PODEMOS REUTILIZARLO?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SI, SIEMPRE Y CUANDO SEA EL ADECUADO PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y ESTOS QUEDEN FUNCIONANDO.
16.	VISITA A SITIOS	PARA LOS CUATRO SITIOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERÁ INCLUIR DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE CON	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: ÚNICAMENTE SE REQUIERE EL DESMANTELAMIENTO SIN

-000098



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		RECUPERACIÓN O SIN RECUPERACIÓN. FAVOR DE ACLARAR	RECUPERACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE.

**2. EL LICITANTE: MEDINGENIUM S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS.**

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
1	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ELABORAR Y PROPORCIONAR UN CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE ADECUACIONES QUE INCLUYA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, MOBILIARIO, ENTRE OTROS, APLICABLES A LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS NO RESULTA DEL TODO CLARO Y DURANTE LAS VISITAS SE OBSERVARON CRITERIOS DISTINTOS EN CADA SEDE, POR LO QUE SE CONSIDERA NECESARIO CONTAR CON UN CRITERIO UNIFORME QUE PERMITA A TODOS LOS LICITANTES REALIZAR UN COSTEO ADECUADO Y HOMOGÉNEO EN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO SE CUENTA CON ALGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LOS TRABAJOS A REALIZAR DEBEN DE SER DE ACUERDO A LA VISTA REALIZADA A LOS CENTROS DE READAPTACIÓN. CADA LICITANTE DEBE DE DETERMINAR LOS ALCANCES PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.
2	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	EN CASO DE QUE MI PREGUNTA ANTERIOR NO SEA FAVORABLE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, DESIGNAR A UNA MISMA PERSONA COMO RESPONSABLE PARA DETERMINAR EL ALCANCE EN TODOS LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL YA QUE EN CADA UNO EL CRITERIO ES DIFERENTE.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA A LOS CENTROS DE READAPTACIÓN, DEBERÁN DE DETERMINAR LOS ALCANCES.
3	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	PARA PODER REALIZAR EL COSTEO CORRESPONDIENTE DE LA DESINSTALACIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE DEL EQUIPO EXISTENTE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL LUGAR EXACTO A DONDE DEBERÁ TRANSPORTARSE Y ENTREGARSE DICHO EQUIPO.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ DE EMBALAR EL EQUIPO EXISTENTE Y TRANSPORTARLO AL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	EN CASO DE QUE MI PREGUNTA NO. 1 REFERENTE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SEA FAVORABLE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE QUE TIPO DE LUMINARIA SE REQUIERE YA QUE EN ALGUNOS LUGARES SOLICITARON QUE TUVIERA CONTROL DE INTENSIDAD. (DIMER)	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SE SOLICITA CONTROL DE INTENSIDAD (DIMER)
5	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	EN CASO DE QUE MI PREGUNTA 1 REFERENTE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SEA FAVORABLE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI EL AIRE ACONDICIONADO A CONSIDERAR SOLO ES PARA LA SALA DONDE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS DE RAYOS X O HAY QUE CONSIDERAR OTRO PARA LAS DEMÁS ÁREAS DE LA SALA.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SOLO ES PARA LA SALA EN DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO
6	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE	EN CASO DE QUE MI PREGUNTA NO. 1 REFERENTE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SEA FAVORABLE, Y PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS, SE REQUIERE CONTAR CON LA INSTALACIÓN DE TIERRA DEDICADAS (TIERRA DELTA) LAS CUALES ACTUALMENTE NO ESTÁN EN	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LOS EQUIPOS QUEDEN FUNCIONANDO.

300099




CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
	LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	FUNCIONAMIENTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y PARA NO INCREMENTAR TANTO EL COSTO DE LA LICITACIÓN, SE PERMITA LA INSTALACIÓN EN LOS JARDINES PRÓXIMOS A LAS SALAS Y NO DESDE EL CUARTO DE MÁQUINAS YA QUE LA DIFERENCIA SON MÁS DE 100 METROS, ¿SE ACEPTA?	
7	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	EN CASO DE QUE MI PREGUNTA NO. 1 REFERENTE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SEA FAVORABLE, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME EN QUE CENTROS DE READAPTACIÓN HAY QUE CAMBIAR EL PISO Y QUE TIPO DE PISO SOLICITAN YA QUE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS VISITAS SON MUY DIFERENTES, EN ALGUNOS CASOS PIDIERON SE INCLUYERA CURVA SANITARIA SIENDO QUE NO PROCEDE AL NO SER ÁREA DE INTERVENCIÓN.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO SE SOLICITA CURVA SANITARIA EN NINGÚN CENTRO DE READAPTACIÓN.
8	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	SE SOLICITARON LAS MEMORIAS ANALÍTICAS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS SIN EMBARGO EN TODOS LOS CASOS NOS EXPRESARON NO CONTAR CON ELLAS, SE SOLICITA NUEVAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDAN PROPORCIONAR COPIA DE LAS MEMORIAS PARA PODER REALIZAR UN MEJOR COSTEO YA QUE CADA UNIDAD MÉDICA CUENTA CON UNA SITUACIÓN EN PARTICULAR.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO EXISTEN MEMORIAS ANALÍTICAS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR POR PARTE DEL LICITANTE.
9	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	EN LA UNIDAD MÉDICA DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE SE DETECTÓ QUE NO CUENTAN CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA, APARENTEMENTE DEBIDO AL ROBO DEL CABLEADO. POR LO ANTERIOR, Y CON LA FINALIDAD DE EVITAR SITUACIONES SIMILARES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CÓMO DEBE REALIZARSE LA COLOCACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: LA INSTALACIÓN DEBERÁ DE SER DE ACUERDO A LA NOM-001-SEDE-2012
10	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	EN LA UNIDAD MÉDICA DEL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE, SOLICITAN SEA IMPERMEABILIZADA EL ÁREA DEL CUARTO DE MÁQUINAS, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES EN EL ÚNICO LUGAR DONDE HAY QUE IMPERMEABILIZAR.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO SE REALIZARÁ NINGÚN TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN A LOS CENTROS DE READAPTACIÓN.
11	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	EN CASO DE QUE MI PREGUNTA NO. 1 REFERENTE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SEA FAVORABLE, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR COMO SE DEBE DE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA YA QUE CADA UNIDAD MÉDICA CUENTA CON CARACTERÍSTICAS DIFERENTES EN CUANTO A ADECUACIONES, TRABAJO DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, MOBILIARIO ETC. Y SOLO SE SOLICITA EL PRECIO UNITARIO POR UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: LOS COSTOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS DENTRO DE SUS INDIRECTOS, ES DECIR DEBERÁ DE CONTEMPLAR LOS COSTOS EN EL EQUIPO.
12	DE ACUERDO CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y PARA PODER CONSIDERAR TODOS LOS CAMBIOS QUE PUEDAN SURGIR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS VISITAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, SE OTORQUE UN PAR DE DIAS MAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ¿SE ACEPTA?, EN CASO DE SER AFIRMATIVA FAVOR DE	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE: SE DA RESPUESTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE -000100



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"


NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
		INDICAR QUE FECHA SE DEBERÁN DE PRESENTAR DICHAS PROPUESTAS	

**3. EL LICITANTE: BIODIST S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS** -----

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
1	4.3 VISITAS	DEBIDO AL TIPO DE LUGAR DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS Y EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LAS VISITAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS PLANOS DE LAS UNIDADES CON EL FIN DE REALIZAR LA GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA LO MÁS APEGADO POSIBLE.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO SE CUENTAN CON LOS PLANOS, DEBIDO QUE AL SER UNA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA NO SE PUEDEN PROPORCIONAR
2	4.3 VISITAS	CON EL FIN DE NO ENCARECER LAS PROPUESTAS, ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OCUPAR TODO AQUELLO QUE SE ENCUENTRE FUNCIONAL Y EN BUEN ESTADO DENTRO DE LA SALA COMO CABLEADO, FOCOS, BLINDAJE, ETC.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA ILUMINACIÓN ES LO ÚNICO QUE DEBERÁ DE SER NUEVA.
3	4.3 VISITAS	DURANTE LAS VISITAS NO SE PUDIERON IDENTIFICAR LAS TIERRAS FÍSICAS PARA EL EQUIPO NI LA MEDIDA DE CADA TIERRA FÍSICA. ENTENDEMOS QUE SE REQUERIRÁ UNA TIERRA FÍSICA, ¿EN EL CASO DE QUE LAS TIERRAS FÍSICAS NO CUMPLAN CON LA MEDIDA DE IMPEDANCIA REQUERIDA QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE PROPORCIONAR LA IMPEDANCIA REQUERIDA PARA EL EQUIPO?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SERÁ EL LICITANTE ADJUDICADO.
4	4.3 VISITAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES POSIBLE REALIZAR TRINCHERAS PARA EL ACOMODO DE TODO EL CABLEADO DEL EQUIPO.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	4.3 VISITAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERÁ CONTEMPLAR UN NODO PARA CONEXIÓN A SISTEMA RIS PACS-	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: NO ES NECESARIO CONSIDERAR NODOS EXTRAORDINARIOS:
6	4.3 VISITAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL EQUIPO DEBERÁ IR CONECTADO A UN TRANSFORMADOR DEDICADO	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SERÁ DE ACUERDO AL LICITANTE Y AL EQUIPO OFERTADO.
7	4.3 VISITAS	DEBIDO AL TIPO DE LUGAR DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS Y EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LAS VISITAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA DISTANCIA ENTRE SUBESTACIÓN Y LA SALA DE RAYOS X.	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: SERÁ DEFINIDO POR EL PROVEEDOR DE ACUERDO A AL RESULTADO DE LA VISITA.
8	4.3 VISITAS	DEBIDO AL TIPO DE LUGAR DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS DURANTE LAS VISITAS SE PUDO NOTAR QUE NO SE CUENTA CON UN CUARTO DE ADQUISICIÓN DONDE INSTALAR LA CONSOLA, ¿ENTENDEMOS QUE DEBEREMOS PROPONER LA INSTALACIÓN EN ALGUNO DE LOS CUARTOS DISPONIBLES EN SALA, ASÍ COMO EL VIDRIO PLOMADO DEL MISMO?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DE SER NECESARIO

001000-

-000101



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"


NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTAS
9	4.3 VISITAS	DEBIDO AL TIPO DE LUGAR DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS, EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LAS VISITAS Y LA SOLICITUD DE INCLUIR DE MANERA OBLIGATORIA LA GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE CADA LUGAR DE INSTALACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LA FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTA DADO QUE LA INFORMACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS FUE LA MÍNIMA OBTENIDA Y SE ESPERA COMPLEMENTAR LA PROPUESTA CON LAS RESPUESTAS DE ESTA SESIÓN DE PREGUNTAS. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE: SE DA RESPUESTA CON LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
10	4.3 VISITAS	EN LA VISITA A LA UNIDAD RECLUSORIO VARONIL ORIENTE NOS PERCATAMOS QUE EL EQUIPO INSTALADO EN ESE SITIO CUENTA CON RIELES DE 2.5 METROS PARA LA COLUMNA DEL TUBO DE RAYOS X, TAL COMO LO SOLICITAN EN FICHA TÉCNICA; SIN EMBARGO ESTOS RIELES INVADEN EL PASILLO QUE COMUNICA A LA SALA DE REVELADO O IMPRESIÓN OCASIONANDO RIESGOS DE TROPIEZO DEL PERSONAL, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR RIELES DE 1.3 METROS O MAYOR, LOS CUALES NO DEMERITAN LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y NO INTERFIERE EN LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: DE ACUERDO A LAS VISITAS REALIZADAS, SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LAS DEMÁS LICITANTES.
11	4.3 VISITAS	LA UNIDAD RECLUSORIO VARONIL ORIENTE NI CUENTA CON CABLEADO DESDE LA SUBESTACIÓN. ¿PODRÍA CONFIRMARNOS QUE NOS COLOCARAN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA A PIE DE SALA? FAVOR DE CONFIRMAR	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: LA CONEXIÓN DEBERA SER POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO
12	4.3 VISITAS	LAS ADECUACIONES DEBERÁN SER LAS NECESARIAS PARA LA FUNCIONALIDAD PROPIA DEL EQUIPO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN; POR LO QUE ENTENDEMOS QUE TODO AQUELLO QUE ESTE FUNCIONAL DENTRO DE LA SALA PODRÁ UTILIZARSE Y SOLO SE REALIZARAN LAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN SIN TENER QUE CAMBIAR EN SU TOTALIDAD FAVOR DE CONFIRMAR	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE RESPONDIERON SI TENERLAS.-----

EL LICITANTE MEDINGENIUM, S.A. DE C.V., REALIZA LA SIGUIENTE REPREGUNTA. -----

NO.	REPREGUNTA	RESPUESTA
1	PARA LOS PISOS SE VA A REQUERIR LA NIVELACIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE VINIL EN FORMATO 30 X 30 CM. O COLOCACIÓN DE VINIL POR LIENZO	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: LA RENIVELACIÓN SE REALIZARA DONDE SEA NECESARIO Y EL FORMATO SERÁ LOSETA VINILICA 30 X 30 CM.
2	ACLARAMOS QUE LA RED QUE SE UTILIZARÁ SERÁ DE PUNTO A PUNTO (DEL EQUIPO DE RAYOS X A LA IMPRESORA) SU USO	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: DEL EQUIPO A LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACIÓN E IMPRESORA, ES TODO UN SISTEMA INTEGRADO
3	EN RELACIÓN AL UPS, EL RESPALDO SERA SOLO PARA DESCARGA Y APAGADO DEL EQUIPO, O SE REQUERIRA UN TIEMPO DE RESPALDO	EL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE: 5 MINUTOS MÍNIMO

-000102



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"

CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ASIMISMO, MANIFIESTA QUE, LAS RESPUESTAS DADAS A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TECNICO LEGAL Y ADMINISTRATIVO, REALIZADOS POR LOS LICITANTES EN EL PRESENTE ACTO, SON RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO O HÁBILITADO PARA DAR RESPUESTA A CADA UNA DE ELLAS. DE IGUAL FORMA, MANIFIESTA QUE LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SON SUSCEPTIBLES DE FISCALIZACIÓN.


POR OTRA PARTE, SUGIERE A LA CONVOCANTE QUE RECONSIDERE LLEVAR ACABO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO TODA VEZ QUE EL OBJETIVO ES LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO Y NO COMO MANTENIMIENTO MENOR PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS, AUNADO QUE EL ESTUDIO DE MERCADO **NO CONTEMPLA** DICHS CONCEPTOS EN ESPECÍFICO Y SE CONSIDERA QUE NO TENDRÍA UN PRECIO DE REFERENCIA REAL.

EN ESTE MISMO SENTIDO, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA MENCIONA QUE, A MAYOR ABUNDAMIENTO SE SOSTIENE QUE EN EL RESPECTIVO ESTUDIO DE PRECIO DE MERCADO NO SE CONSIDERAN LOS COSTOS A MANTENIMIENTO MENOR PORQUE EL ÁREA TÉCNICA DESCONOCE A CIENCIA CIERTA LOS ASPECTOS MÍNIMOS PARA LA INSTALACIÓN Y DEJA ABIERTA LA TOMA DE DECISIONES A LOS PROVEEDORES CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA VISITA. AL RESPECTO, EL ÁREA JURÍDICA SE ADHIERE O HACE PROPIAS LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOLICITANDO SE TENGA POR HECHAS EN EL ACTA LAS PRESENTES MANIFESTACIONES.

POR LO ANTERIOR LA REPRESENTANTE DE LA **DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍA E INSUMOS**, FUNGIENDO COMO ÁREA TÉCNICA MANIFIESTA QUE EL ANEXO TÉCNICO SOLICITA CONSIDERAR TODAS LAS ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A LICITAR, AUNADO AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO QUE SOLICITA LA LEY GENERAL DE SALUD. DE IGUAL MANERA SE SOLICITA QUE LOS LICITANTES ACUDAN A UNA VISITA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES EN DONDE SERÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS Y ESTOS SEAN CONSIDERADOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS LICITANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A **LA CONVOCANTE**, ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES Y O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.

-000103



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"


LA CONVOCANTE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 11:00 HORAS EN ESTA MISMA SALA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS 17:37 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.

**POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE  
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ÁREA	SERVIDOR PÚBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	ING. ADRIÁN ADAME CHÁVEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
	ING. MARINA SERRANO RETANA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	MTRA. JACQUELINE VÁZQUEZ BRUNO JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA "B"	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MARIO EDUARDO GUTIERREZ PICAZO REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	DRA. DAMARIS CHÁVEZ PEDROTE DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	

-000104



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL"

ÁREA	SERVIDOR PÚBLICO	FIRMA
	<b>ING. ZAZIL IMA-SUMA RAMÍREZ RIVERA</b> JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
<b>CONTRALORIA CIUDADANA</b>	<b>C. ROBERTO VALLE BEDOLLA</b> CONTRALOR CIUDADANO	

**POR LOS LICITANTES**

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTES	FIRMA
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.</b>	FERNANDO DÍAZ SANCHEZ	
<b>MEDINGENIUM, S.A. DE C.V.</b>	JOSÉ LÓPEZ LICEAGA	
<b>BIODIST, S.A. DE C.V.</b>	JORGE VERA CALDERÓN	

ESTA HOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JUNTA ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-006-2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UNIDADES RADIOLÓGICAS DIGITALES PARA ESTUDIOS DE TÓRAX EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL".

-----  
FIN DEL ACTA  
-----

-000105