



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



**2020**  
AÑO DE  
**LEONA VICARIO**  
DIRENTE ACTA MADRE DE LA F...

SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE AGOSTO** DE 2020, EN LA SALA "B" DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 10, ALA NORTE, DEL EDIFICIO UBICADO EN ALTADENA NÚMERO 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO; EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 26, 27 INCISO A), 28, 30 FRACCIÓN II, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 51 Y 63 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", 36, 37, 41, 54, 55 Y 56 DE SU "REGLAMENTO", SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO Y LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO **30001122-012-2020**, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO" HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES:-----

**HECHOS**

- I. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA CONVOCANTE VERIFICÓ QUE LOS LICITANTES, AL DÍA DE HOY, NO SE ENCUENTRAN SANCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NI POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ANEXANDO DICHA VERIFICACIÓN A LA PRESENTE ACTA. -----
- II. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS REPRESENTANTES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTAN QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES **SERVIDORES PÚBLICOS**: -----

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. OSCAR DIDIER ALDRETE RUBIO SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS
	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURIDICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ING. ALEJANDRO GÓNZALO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	DR. SALVADOR SÁNCHEZ CRUZ REPRESENTANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020,  
PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



**2020**  
AÑO DE  
**LEONA VICARIO**  
BIENEN LA MADRE DE LA PATRIA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	C.P. ERIKA CARBAJAL CANO JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL
	L.C. JOSÉ JUAN HERRERA HERNÁNDEZ AUDITOR
	LIC. RONEY ROQUE DIEGO AUDITOR

CON BASE EN EL **REGISTRO DE ASISTENCIA** DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS  
LICITANTES:-----

CONS.	EMPRESA	REPRESENTANTE
1	EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V	BRAULIO ESTRADA MONDRAGÓN
2	TECNOLOGÍAS EOS MEDICAL, S.A. DE C.V.	VALENTÍN GUTIÉRREZ EZQUERRA
3	DEWIMED S.A.	VICTOR MANUEL MONCADA PAZOS
4	LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.	BRENDA VIRIDIANA BECERRIL AYALA
5	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	ISRAEL INIESTRA SAUT
6	NUDOMI, S.A. DE C.V.	ARMANDO TORRES RAMOS
7	DICIPA, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERÓN

III. CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 43 FRACCIÓN II Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIONES III Y IV DE SU REGLAMENTO**, ASÍ COMO EL NUMERAL **5.6 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO** Y DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN TÉCNICO, EMITIDO POR EL **Q.F.B. HÉCTOR SALGADO SHOELLY, DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS**, MEDIANTE OFICIO NÚMERO **SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/1000/2020, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2020**, ÁREA ENCARGADA DEL ANÁLISIS CUALITATIVO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS POR CADA UNO DE LOS LICITANTES, SE PROCEDE A DAR LA LECTURA CORRESPONDIENTE, LA CUAL ESTABLECE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:-----

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS PARTICIPANTES: **EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.; TECNOLOGÍAS EOS MEDICAL, S.A. DE C.V.; DEWIMED S.A.; LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.; INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.; NUDOMI, S.A. DE C.V., Y DICIPA, S.A. DE C.V., SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -----**

**EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.**

REQUISICIÓN "141"

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: **10 Y 12**

PARTIDA EN LA QUE CUMPLE: **10**

PARTIDA EN LA QUE NO CUMPLE: **12.**

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO:

00000005



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



2020  
AÑO DE  
LEONORA VICARIO  
BENIGNA MADRE DE LA PATRIA

**PARTIDA 12.-** EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA OFERTA EL MODELO DS 500 SC EN LA LAVADORA, SIN EMBARGO, REFERENCIA LOS PUNTOS Q.a, Q.c, Q.t Y Q.b LOS REFERENCIA EN EL MODELO DSC 500 SCL, EL CUAL ES DIFERENTE AL PROPUESTO POR EL LICITANTE SEGÚN LO INDICA EL CATÁLOGO PRESENTADO.

**TECNOLOGÍAS EOS MEDICAL, S.A. DE C.V.**

REQUISICIÓN "141"

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: **7, 8, 9, 14, 16 Y 17**

PARTIDAS EN LAS QUE CUMPLE: **NINGUNA.**

PARTIDAS EN LAS QUE NO CUMPLE: **7, 8, 9, 14, 16 Y 17.**

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO:

**PARTIDA 7.- PUNTO 4.7.1 INCISO 4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE,** CITA QUE EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE SOLICITA SEA EN EL ALMACÉN DEL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO. PUNTO 4.7.1 INCISO 9 NO PRESENTA COPIA DEL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PUNTO 20.2 AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90cm O MAYOR Y ABATIBLE A +45° O MAYOR, EL PUNTO REFERENCIADO EN SU PROPUESTA NO MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA. PUNTO 22.1 DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 20 cm O MAYOR A 1 METRO DE LA FUENTE, REFERENCIA DIAMETRO DEL CUERPO DE LA LÁMPARA DE 75 CM. NO INDICA SI ES A UN METRO DE LA FUENTE.

**PARTIDA 8.- PUNTO 4.7.1 INCISO 4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE,** CITA QUE EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE SOLICITA SEA EN EL ALMACÉN DEL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO. PUNTO 4.7.1 INCISO 9 NO PRESENTA COPIA DEL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PUNTO 29.2 AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90CM O MAYOR Y ABATIBLE A +45° O MAYOR, EL PUNTO REFERENCIADO EN SU PROPUESTA NO MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA. PUNTO 30.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS O MAYOR, REFERENCIA TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 40,000 HORAS. PUNTO 31.1 DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 20 CM O MAYOR A 1 METRO DE LA FUENTE, REFERENCIA DIAMETRO DEL CUERPO DE LA LÁMPARA DE 75 CM. NO INDICA SI ES A UN METRO DE LA FUENTE.

**PARTIDA 9.- PUNTO 4.7.1 INCISO 4 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE,** CITA QUE EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE SOLICITA SEA EN EL ALMACÉN DEL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO. PUNTO 4.7.1 INCISO 9 NO PRESENTA COPIA DEL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PUNTO 38.2 AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90CM O MAYOR Y ABATIBLE A +45° O MAYOR. EL PUNTO REFERENCIADO EN SU PROPUESTA NO MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA. PUNTO 40.1 DIAMETRO DE ILUMINACIÓN DE 20 CM O MAYOR A 1 METRO DE LA FUENTE, REFERENCIA DIAMETRO DEL CUERPO DE LA LÁMPARA DE 75 CM. NO INDICA SI ES A UN METRO DE LA FUENTE.

**PARTIDA 14.- PUNTO 4.a TUBO DE RAYOS X CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO 5 MHU O MAYOR Y CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE CALOR DE 740 KHU/MIN O MAYOR, REFERENCIA ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 3.5 MHU Y CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE CALOR DE 3 KHU. PUNTO 8.a UN MONITOR DE PANTALLA PLANA DE 21" O MAYOR, REFERENCIA MONITOR DE PANTALLA PLANA DE 19". PUNTO 4.7.1 INCISO 9 NO PRESENTA COPIA DEL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PUNTO 4.1 "MUESTRAS" NO CUMPLE EN LA VALORACIÓN DE NODO PULMONAR SOLITARIO Y ALTA RESOLUCIÓN PARENQUIMATOSA, EN LAS IMÁGENES PRESENTADAS NO SE ENCONTRÓ LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO, COMO LO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN, LAS IMÁGENES PRESENTADAS NO TIENEN SERIE (CORTES), SOLO SE MUESTRA UNA SOLA IMAGEN.**

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom right of the page.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



**PARTIDA 16.-** PUNTO 18.c CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR PACIENTES DE 250 KG O MAYOR, REFERENCIA CAPACIDAD PARA SOPORTAR PACIENTES DE 210 KG. PUNTO 4.7.1 INCISO 9 NO PRESENTA COPIA DEL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PUNTO 4.1 "MUESTRAS" EN LAS IMÁGENES PRESENTADAS NO SE ENCONTRÓ LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO Y PARAMETROS DE ADQUISICIÓN.

**PARTIDA 17.-** PUNTO 3.1.3 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ÁNODO DE 600 KHU O MAYOR, REFERENCIA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ANODO DE 300 KHU. PUNTO 4.7.1 INCISO 9 NO PRESENTA COPIA DEL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO 4.1 "MUESTRAS" EN LAS IMÁGENES PRESENTADAS NO SE ENCONTRÓ LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO.

**DEWIMED, S.A.**

REQUISICIÓN "141"

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: **7, 8, 9 Y 13**

PARTIDAS EN LAS QUE CUMPLE: **7, 9 Y 13**

PARTIDAS EN LAS QUE NO CUMPLE: **8.**

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO:

**PARTIDA 8.-** PUNTO 30.4 TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3,500 A 5,000 KELVIN O MAYOR, REFERENCIA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN TRES PUNTOS 4300, 5100 Y 5300 KELVIN.

**LUMAFESA, S.A. DE C.V.**

REQUISICIÓN "141"

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: **7, 8, 9, 16 Y 17**

PARTIDAS EN LAS QUE CUMPLE: **7, 8 Y 9**

PARTIDAS EN LAS QUE NO CUMPLE: **16 Y 17.**

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO:

**PARTIDA 16.-** EN LA FICHA TÉCNICA EN EL PUNTO 27 a SE SOLICITA CONTROL DE LAS FUNCIONES DEL DETECTOR Y EL GENERADOR, EN SU PROPUESTA REFERENCIA SOLAMENTE AL GENERADOR EN EL CATÁLOGO INFOTEC CALYPSO F PP. 7, EN EL CATALOGO DEL DETECTOR INFOTEC OPERA D4000RAD PP. 4, SOLO REFERENCIA EL PUNTO 27 Y 27.b. NO CUMPLE, PUNTO 27d EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. EN LA PRESCIÓN. 5 SE NOTIFICÓ QUE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO REQUERIDA SERÁ DE 1TB COMO MÍNIMO; OFERTA 250 GB SATA HD EXPANDIBLE HASTA 2 TB. PUNTO 4.1 "MUESTRAS" EN LAS IMÁGENES PRESENTADAS NO SE ENCONTRÓ LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO, LAS IMÁGENES NO TIENEN RESOLUCIÓN DIAGNÓSTICA, NO CUMPLE EN LA ENTREGA DE LA MUESTRA DE LATERAL DE PACIENTES OBESOS.

**PARTIDA 17.-** 4.1 "MUESTRAS" EN LAS IMÁGENES PRESENTADAS NO SE ENCONTRÓ LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO Y NO TIENEN RESOLUCIÓN DIAGNÓSTICA, NO CUMPLEN EN LAS MUESTRAS DE ABDOMEN TANGENCIAL EN AP Y EN POSICIÓN DE PIE EN PACIENTE OBESO.

**INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.**

REQUISICIÓN "141"

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: **4, 5, 6 Y 11.**

PARTIDAS EN LAS QUE CUMPLE: **4, 5, 6 Y 11.**

PARTIDAS EN LAS QUE NO CUMPLE: **NINGUNA.**

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO: **NINGUNO.**

00000007

**NUDOMI, S.A. DE C.V.**

REQUISICIÓN "141"



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



2020  
LEONORA VICARIO  
DISEÑÓ SU MADRE DE LA PATRIA

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: **1 Y 2.**  
PARTIDAS EN LAS QUE CUMPLE: **1 Y 2.**  
PARTIDAS EN LAS QUE NO CUMPLE: **NINGUNA.**  
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO: **NINGUNO.**

**DICIPA, S.A. DE C.V.**

REQUISICIÓN "141"

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: **15, 16 Y 17.**  
PARTIDAS EN LAS QUE CUMPLE: **NINGUNA.**  
PARTIDAS EN LAS QUE NO CUMPLE: **15, 16 Y 17.**  
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO:

**PARTIDA 15.-** PUNTO 4.7.1 INCISO 4 NO PRESENTO CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. PUNTO 4.7.1 INCISO 9 NO PRESENTA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PUNTO 4.1 "MUESTRAS" LAS IMÁGENES PRESENTADAS NO SE PUEDEN ABRIR, COMO SE EVIDENCIO EN LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA ENTREGA DE MUESTRAS EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LICITANTE.

**PARTIDA 16.-** PUNTO 4.1 "MUESTRAS" EN LAS IMÁGENES PRESENTADAS NO SE ENCONTRÓ LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO Y LAS IMÁGENES PRESENTADAS CARECEN DE ATRIBUTOS DICOM.

**PARTIDA 17.-** NO REFERENCIA LOS PUNTOS 9.5 AL 9.11 "ACCESORIOS" Y DEL 1 AL 3 "CONSUMIBLES". PUNTO 5 SE SOLICITA BUCKY VERTICAL Y NO LO OFERTA. PUNTO 4.1 "MUESTRAS" EN LAS IMÁGENES PRESENTADAS NO SE ENCONTRÓ LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO, LAS IMÁGENES PRESENTADAS CARECEN DE ATRIBUTOS DICOM.

**EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA**

DERIVADO DE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LOS PARTICIPANTES: **EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.; TECNOLOGÍAS EOS MEDICAL, S.A. DE C.V.; DEWIMED S.A.; LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.; INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.; NUDOMI, S.A. DE C.V., Y DICIPA, S.A. DE C.V., SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -----**

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL: **EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V., CUMPLE CUALITATIVAMENTE** CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL: **TECNOLOGÍAS EOS MEDICAL, S.A. DE C.V. CUMPLE CUALITATIVAMENTE** CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL: **DEWIMED S.A., CUMPLE CUALITATIVAMENTE** CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

00000000

00000000

Handwritten signatures and marks in blue and purple ink on the right side of the page.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



2020  
LEONA VICARIO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL: **LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V., CUMPLE CUALITATIVAMENTE** CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL: **INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V., CUMPLE CUALITATIVAMENTE** CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL: **NUDOMI, S.A. DE C.V., CUMPLE CUALITATIVAMENTE** CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA PERSONA MORAL: **DICIPA S.A. DE C.V., CUMPLE CUALITATIVAMENTE** CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

**EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA.** -----

REALIZADO EL ANÁLISIS CUALITATIVO A LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: **EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.; TECNOLOGÍAS EOS MEDICAL, S.A. DE C.V.; DEWIMED S.A.; LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.; INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V., NUDOMI, S.A. DE C.V. Y DICIPA, S.A. DE C.V., SE DETERMINA QUE CUMPLEN CUALITATIVAMENTE**, CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4.7.2 DE LAS BASES, RELATIVO A LAS OFERTAS ECONÓMICAS, ASÍ COMO, LA GARANTIAS DE SOSTENIMIENTO DE OFERTAS Y SUS RESPECTIVAS VALIDACIONES DE VERACIDAD. -----

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 47 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO AL NUMERAL 5.7, INCISO C), DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS: **12, 14, 15, 16 y 17**, POR NO CONTAR CON AL MENOS UNA PROPUESTA QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

LA CONVOCANTE, CON BASE EN EL RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ACEPTADAS POR CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN BASES, SIENDO **EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.; LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.; DEWIMED S.A.; NUDOMI, S.A. DE C.V., E INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V., SE PROCEDIÓ A EVÁLUAR LOS PRECIOS OFERTADOS POR LOS PARTICIPANTES MENCIONADOS, DERIVANDOSE EL SIGUIENTE CUADRO DE LOS IMPORTES POR PARTIDA MÁS BAJOS OFERTADOS:** -----

00000000

00000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020,  
PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



**2020**  
LEONORA VICARIO  
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PTDA.	CLAVE SAICA	CONCEPTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EMPRESA OFERTANTE
1	531.632.0554-13	CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO PARA 5 CAMAS	EQUIPO	1	6,485,000.00	NUDOMI, S.A. DE C.V.
2	531.632.0554-14	CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO PARA 7 CAMAS	EQUIPO	1	7,680,000.00	NUDOMI, S.A. DE C.V.
4	531.385.SS03-01	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE CON DOBLE PUERTA PARA LABORATORIO DE FORMULAS LÁCTEAS.	EQUIPO	1	1,472,465.83	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
5	531.385.1031	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.	EQUIPO	1	2,849,591.15	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
6	531.385.0264-19	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO AUTOMÁTICO DE DOBLE PUERTA	EQUIPO	2	3,876,351.43	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
7	531.562.1010	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	EQUIPO	2	508,813.12	DEWIMED, S.A.
8	531.562.1010-01	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE AVANZADA	EQUIPO	2	679,500.00	LUMAFESA, S.A. DE C.V.
9	531.562.1465	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	EQUIPO	4	288,815.25	DEWIMED, S.A.
10	531.572.0465	LAVACOMODOS AUTOMÁTICO	EQUIPO	12	298,775.00	EQUIPAMIENTO Y ACESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.
11	531.572.0309	LAVADORA DESCONTAMINADORA	EQUIPO	1	1,245,605.38	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
12	531.806.0042	UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	EQUIPO	1	-----	DESIERTA
13	531.291.0028-11	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO	EQUIPO	1	971,755.17	DEWIMED, S.A.
14	531.254.0049-11	UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 CORTES	EQUIPO	1	-----	DESIERTA
15	531.341.0564-12	UNIDAD RADIOGRAFICA TOMOGRAFICA PARA PANORAMICA DENTAL	EQUIPO	1	-----	DESIERTA
16	531.341.0440-11	UNIDAD RADIOLÓGICA DE USO GENERAL	EQUIPO	1	-----	DESIERTA
17	531.341.0481-11	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	EQUIPO	1	-----	DESIERTA

ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS.

IV. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO CON LOS "LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PRECIOS MÁS BAJOS PARA LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL

00000010



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



2020  
AÑO DE  
LEONA VICARIO  
ENRIQUETA MADRE DE LA PATRIA

**PROCEDIMIENTO LICITATORIO** PUBLICADO EN LA **GACETA OFICIAL EL 14 DE ABRIL DEL 2010** Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL **5.6.1** DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE COMUNICA A LOS LICITANTES QUE EN ESTE MISMO ACTO, EN TÉRMINOS PORCENTUALES PUEDEN OFERTAR PRECIOS MÁS BAJOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (SUBASTA DESCENDENTE) EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE PRESENTE LA PERSONA QUE CUENTE CON LOS PODERES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS PARTICIPANTES, PARA LO CUAL SE DEBERÁN ACREDITAR EN ESTE MISMO ACTO.-----

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE ESTE ACTO, PREGUNTA A LOS LICITANTES PRESENTES, SI DESEAN PARTICIPAR EN LA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS REFERIDA, Y SE LES SOLICITA QUE, DE SER ASÍ, PROCEDAN A ACREDITAR SU PERSONALIDAD, CONTESTANDO QUE **SI** LOS REPRESENTANTE LEGALES DE LOS LICITANTES: **EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.; LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.; DEWIMED S.A.; NUDOMI, S.A. DE C.V., E INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.,**-----

EMPRESA LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIFICACIÓN	INSTRUMENTO	NOTARIO PÚBLICO	
				No.	NOMBRE
EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	BRAULIO ESTRADA MONDRAGÓN	CREDENCIAL PARA VOTAR INE CLAVE ESMNBR76103121H800	29797	108	MIGUEL ÁNGEL ZAMOYA Y VEGA
DEWIMED S.A.	VICTOR MANUEL MONCADA PAZOS	CREDENCIAL PARA VOTAR INE CLAVE MNPZVC66081809H800	80417	39	JUAN ALBERTO DUHNE
INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	ISRAEL INIESTRA SAUT	CREDENCIAL PARA VOTAR INE CLAVE INSTIS72121609H800	117853	49	ARTURO SOBRINO FRANCO
LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.	BRENDA VIRIDIANA BECERRIL AYALA	CREDENCIAL PARA VOTAR INE FOLIO 0915202101426	70,077	32	FRANCISCO JACOBO SEVILLANO GONZÁLEZ
NUDOMI, S.A. DE C.V.	ASTRID PONTIFES GARCÍA	CREDENCIAL PARA VOTAR INE VLAVE TRRMAR83072609H501	102366	153	JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE ABRE LA **PRIMERA RONDA DE OFERTAS** Y SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES QUE HAN ACREDITADO SU PERSONALIDAD Y MANIFESTADO SU VOLUNTAD DE PARTICIPAR EN DICHA ETAPA, INDIQUEN EN EL FORMATO DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS (PORCENTAJE VOLUNTARIO) QUE EN ESTE ACTO SE LE PROPORCIONARA, SU OFERTA RESPECTO AL PRECIO UNITARIO MÁS BAJO OBTENIDO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO A LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS DENTRO DEL MISMO. -----

**PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA RONDA DE OFERTAS DE LOS PARTICIPANTES: EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.; LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.; NUDOMI, S.A. DE C.V. E INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V. (EL FORMATO DE SUBASTA SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA FORMANDO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA)** DE ELLO SE TIENE COMO RESULTADO Y SE CONCLUYE QUE LOS IMPORTES, CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS QUE COMPOENEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE SE OFERTAN, SON LOS QUE APARECE EN EL CUADRO DE SUBASTA, Y LOS IMPORTES MAS BAJOS OFERTADOS POR PARTIDA SE PRESENTAN EN EL SIGUIENTE DETALLE: -----

01090300

00000011



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020,  
PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



**2020**  
LEONA VICARIO  
DESIGNADA MEDICINA Y VERBA

PTDA.	CLAVE SAICA	CONCEPTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EMPRESA OFERTANTE
1	531.632.0554-13	CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO PARA 5 CAMAS	EQUIPO	1	6,472,036.49	NUDOMI, S.A. DE C.V.
2	531.632.0554-14	CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO PARA 7 CAMAS	EQUIPO	1	7,664,647.68	NUDOMI, S.A. DE C.V.
4	531.385.SS03-01	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE CON DOBLE PUERTA PARA LABORATORIO DE FORMULAS LÁCTEAS.	EQUIPO	1	1,472,171.35	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
5	531.385.1031	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.	EQUIPO	1	2,849,277.70	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
6	531.385.0264-19	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO AUTOMÁTICO DE DOBLE PUERTA	EQUIPO	2	2,977,321.59	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
7	531.562.1010	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	EQUIPO	2	466,917.83	DEWIMED, S.A.
8	531.562.1010-01	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE AVANZADA	EQUIPO	2	672,032.30	LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.
9	531.562.1465	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	EQUIPO	4	283,074.97	DEWIMED, S.A.
10	531.572.0465	LAVACOMODOS AUTOMÁTICO	EQUIPO	12	292,799.50	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.
11	531.572.0309	LAVADORA DESCONTAMINADORA	EQUIPO	1	1,245,468.36	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
12	531.806.0042	UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	EQUIPO	1	-----	DESIERTA
13	531.291.0028-11	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO	EQUIPO	1	770,273.06	DEWIMED, S.A.
14	531.254.0049-11	UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 CORTES	EQUIPO	1	-----	DESIERTA
15	531.341.0564-12	UNIDAD RADIOGRAFICA TOMOGRAFICA PARA PANORAMICA DENTAL	EQUIPO	1	-----	DESIERTA
16	531.341.0440-11	UNIDAD RADIOLÓGICA DE USO GENERAL	EQUIPO	1	-----	DESIERTA
17	531.341.0481-11	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	EQUIPO	1	-----	DESIERTA

010000380

00000012



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



2020  
LEONORA VICARIO  
BIENHECHTA MADRE DE LA PATRIA

ACTO SEGUIDO SE PREGUNTA A LOS PARTICIPANTES: **EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.; LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.; DEWIMED S.A.; NUDOMI, S.A. DE C.V., E INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.**, SI DESEAN OFRECER UN PORCENTAJE DE MEJORA DE PRECIOS EN UNA **NOVENA RONDA**, A LO QUE MANIFESTARON QUE **NO**, POR LO QUE SE CIERRA LA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL.

DERIVADO DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y UNA VEZ REALIZADA LA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA SUBASTA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ES DE CONCLUIR LO SIGUIENTE:

**FALLO**

SE **ADJUDICA** AL PROVEEDOR: **EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.**, LA **PARTIDA 10**, DE LA **REQUISICIÓN 141/2020**, POR UN MONTO DE **\$4,075,769.04** (CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

PTDA.	CLAVE SAICA	CONCEPTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	531.572.0465	LAVACOMODOS AUTOMÁTICO MARCA: STEELCO MODELO: BP100HE	EQUIPO	12	292,799.50	3,513,594.00
SUBTOTAL						<b>3,513,594.00</b>
I.V.A.						<b>562,175.04</b>
TOTAL						<b>4,075,769.04</b>

SE **ADJUDICA** AL PROVEEDOR: **INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.**, LAS **PARTIDAS 4, 5, 6 Y 11**, DE LA **REQUISICIÓN 141/2020**, POR UN MONTO DE **\$13,365,010.29** (TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS 29/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

PTDA.	CLAVE SAICA	CONCEPTO	U/MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	531.385.SS03-01	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE CON DOBLE PUERTA PARA LABORATORIO DE FORMULAS LÁCTEAS. MARCA: ATERIS MODELO: AMSCO 400	EQUIPO	1	1,472,171.35	1,472,171.35
5	531.385.1031	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MARCA: STERIS MODELO: V-PRO MAX 2	EQUIPO	1	2,849,277.70	2,849,277.70
6	531.385.0264-19	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO AUTOMÁTICO DE DOBLE PUERTA. MARCA: STERIS. MODELO: EVOLUTION	EQUIPO	2	2,977,321.59	5,954,643.18

51000000

000000013



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y  
SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



2020  
AÑO DE  
LEONORA VICARIO  
RESURRECEN LA MADRE DE LA PATRIA

11	531.572.0309	LAVADORA DESCONTAMINADORA MARCA: STERIS MODELO: 2532	EQUIPO	1	1,245,468.36	1,245,468.36
SUBTOTAL						11,521,560.59
I.V.A.						1,843,449.69
TOTAL						13,365,010.29

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR: DEWIMED, S.A., LAS PARTIDAS 7, 9 Y 13, DE LA REQUISICIÓN 141/2020, POR UN MONTO DE \$3,290,234.01 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

PTDA.	CLAVE SAICA	CONCEPTO	U/MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	531.562.1010	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE MARCA: DEWIMED MODELO: DL-160/160 LED CON CONTROLDE PARED	EQUIPO	2	466,917.83	933,835.67
9	531.562.1465	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA MARCA: DEWIMED MODELO: DL-160 LED CON CONTROLDE PARED	EQUIPO	4	283,074.97	1,132,299.90
13	531.291.0028-11	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO MARCA: DEWIMED MODELO: BY MADE DIPLOMAT DC 310/VARIOS	EQUIPO	1	770,273.06	770,273.06
SUBTOTAL						2,836,408.63
IVA						453,825.38
TOTAL						3,290,234.01

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR: NUDOMI, S.A. DE C.V., LAS PARTIDAS 1 Y 2, DE LA REQUISICIÓN 141/2020, POR UN MONTO DE \$16,398,553.63 (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

PTDA.	CLAVE SAICA	CONCEPTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	531.632.0554-13	CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO PARA 5 CAMAS. MARCA: PHILIPS MODELO: PIIC IX + INTELLIVUE MX700	EQUIPO	1	6,472,036.49	6,472,036.49
2	531.632.0554-14	CENTRAL DE MONITOREO AVANZADO PARA 7 CAMAS. MARCA: PHILIPS MODELO: PIIC IX + INTELLIVUE MX700	EQUIPO	1	7,664,647.68	7,664,647.68
SUBTOTAL						14,136,684.17
IVA						2,261,869.47

00000000

00000014



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y  
SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



TOTAL 16,398,553.63

SE ADJUDICA AL PROVEEDOR: LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V., LA PARTIDA 8, DE LA REQUISICIÓN  
141/2020, POR UN MONTO DE \$1,559,114.92 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  
CIENTO CATORCE PESOS 92/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

PTDA.	CLAVE SAICA	CONCEPTO	U/MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	531.562.1010-01	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE AVANZADA MARCA: DRAGER MODELO: POLARIS 600/600	EQUIPO	2	672,032.30	1,344,064.59
SUBTOTAL						1,344,064.59
IVA						215,050.33
TOTAL						1,559,114.92

SE REITERA A LOS LICITANTES QUE RESULTARÓN ADJUDICADOS, QUE LOS BIENES OBJETO DEL  
PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DEBERÁN ENTREGAR Y EN SU CASO INSTALAR CONFORME A LO  
ESTIPULADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y LO SEÑALADO EN EL ACTA DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES.

- V. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 59** DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO  
FEDERAL Y EL **NUMERAL 7** DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LA  
FORMALIZACIÓN DEL **CONTRATO** SE LLEVARÁ A CABO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.
- VI. SE INFORMA A LOS PRESENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 88** DE LA LEY DE  
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LOS INTERESADOS AFECTADOS POR CUALQUIER  
ACTO O RESOLUCIÓN EMITIDO POR LA CONVOCANTE, PODRÁN INTERPONER ANTE LA  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL RECURSO DE  
INCONFORMIDAD DENTRO DEL TÉRMINO DE **5 DÍAS HÁBILES** CONTADOS A PARTIR DEL DÍA  
SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE RECURRA O DE QUE EL  
RECURRENTE TENGA CONOCIMIENTO DEL MISMO, EL CUAL SE SUJETARÁ A LAS FORMALIDADES  
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.
- VII. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO  
136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL  
DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y  
DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE  
SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.

DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES, SE REITERA A  
LOS LICITANTES ADJUDICADOS, QUE DEBERÁN ENTREGAR LAS GUIAS MECANICAS EN LOS  
FORMATOS SOLICITADOS, EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, EN UN HORARIO  
DE 09:00 A 13:00 HORAS, DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2020.

1000000

00000015



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



**2020**  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
**LEONORA VICARIO**  
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA "RESULTADO DEL DICTAMEN, SUBASTA Y EMISIÓN DEL FALLO" CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CITADA AL RUBRO, SIENDO LAS **14:20 HORAS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020**, FIRMANDO EL ACTA PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA.

**POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE  
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. OSCAR DIDIER ALDRETE RUBIO SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	
	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVAN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	DR. SALVADOR SÁNCHEZ CRUZ REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ING. ALEJANDRO GÓNZALO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	C.P. ERIKA CARBAJAL CANO JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	
	L.C. JOSÉ JUAN HERRERA HERNÁNDEZ AUDITOR	
	LIC. RONEY ROQUE DIEGO AUDITOR	

51000000

00000018



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020,  
PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO"



**2020**  
LEONA VICARIO  
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	BRAULIO ESTRADA MONDRAGÓN	
TECNOLOGÍAS EOS MEDICAL, S.A. DE C.V.	VALENTÍN GUTIERREZ EZQUERRA	
DEWIMED S.A.	VICTOR MANUEL MONCADA PAZOS	
LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.	BRENDA VIRIDIANA BECERRIL AYALA	
INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	ISRAEL INIESTRA SAUT	
NUDOMI, S.A. DE C.V.	ARMANDO TORRES RAMOS	
DICIPA, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERÓN	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-012-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO".

00009017

01000000