ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS".

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2021, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHUTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE SU REGLAMENTO, LA C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE "INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS" HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES:

-----HECHOS------

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,	MTRO. DAVID M. MIRANDA ORTEGA DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCAS	DRA. EDITH ESPINOSA DORANTES COORDINADORA DE ENFERMERÍA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E	
INSUMOS	ING. REBECA RODRIGUEZ ROBLES  JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGÉN
DIRECCIÓN DE FINANZAS	C. OMAR HERNANDEZ ESPINÓZA JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN JURIDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURIDICOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA	LIC. NALLELY MORALES ROSAS AUDITOR
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. RONEY ROQUE DIEGO AUDITOR

II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRA PRESENTE EL LICITANTE:----

LICITANTE	REPRESENTANTE	
HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT	

III. PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

NO EXISTEN PRECISIONES

IV. ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", 41 FRACCIÓN I DE SU "REGLAMENTO" Y EN



Y EN

0

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS".

CUMPLIMIENTO AL **NUMERAL 5.1** DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, PARA TAL FIN, LA **DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÁ E INSUMOS**, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA **DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS** DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

#### 1. HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

NO. DE PREGUNTA	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 2 NORMAS Y CERTIFICACIONES	LA CONVOCANTE SEÑALA QUE SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO LOS CERTIFICADOS SEÑALADOS EN DICHO PUNTO.  DEBIDO A QUE LOS DOCUMENTOS SON PROPIEDAD DEL FABRICANTE COMO SON LOS REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD, ETC. CONTIENEN DATOS CONFIDENCIALES; SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN COPIA SIMPLE, ACOMPAÑADO DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE SE MANIFIESTE QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.	LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBERÁN ENTREGAR SOLO COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2, INCISO B.
2	ANEXO. 19 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS E INSUMOS.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CORROBORE QUE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ DE ASENTARSE EN LA COLUMNA DEL BIEN SOLICITADO ES LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1.1.B QUE DICE "BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA DE ALTA PRECISIÓN" SOLICITADA, Y EN LA COLUMNA QUE DICE "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN PROPUESTO" SE ASENTARÁN LOS DATOS TÉCNICOS DEL BIEN OFERTADO, LOS CUALES CUMPLIRÁN CON LOS CONCEPTOS ADICIONALES REQUERIDOS.	SE ACLARA QUE EN LA COLUMNA DENOMINADA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN SOLICITADO CONFORME A LA FICHA TÉCNICA", LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBERÁN TRANSCRIBIR CADA UNO DE LOS PUNTOS DESCRITOS EN EL ANEXO 1.18, Y EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN PROPUESTO EN PRÉSTAMO PERMANENTE POR EL PROVEEDOR" DEBERÁN ASENTAR LOS DATOS TÉCNICOS DEL BIEN QUE OFERTAN, LOS CUALES DEBEN DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.1B.
3	ANEXO 1 PARTIDA ÚNICA REQUISICIÓN 278/2021	EN RELACIÓN A LOS EQUIPOS DE VENOCLISIS PARA USARSE EN LAS BOMBAS DE INFUSIÓN REQUERIDOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SET'S DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN CUYAS CARACTERÍSTICAS SERÁN COMPATIBLES CON LA MARCA DE LAS BOMBAS QUE SE PROPONGAN.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	ANEXO 1 PARTIDA ÚNICA REQUISICIÓN 278/2021	CONSIDERANDO QUE EN EL REQUERIMIENTO DE SET'S PARA BOMBA DE INFUSIÓN LA CONVOCANTE NO ESTÁ INCLUYENDO EL SET'S DE VENOCLISIS ESPECÍFICO PARA LA APLICACIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR EL SET'S DE VENOCLISIS MENCIONADO CLAVE SAICA 060.345.EVNPT.	LOS EQUIPOS, INSUMOS Y SOLUCIONES SOLICITADOS SON LOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA, SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE EN SU MOMENTO LO REQUIERA SE REALIZARAN LAS ADECUACIONES PERTINENTES.
5	ANEXO 1.2 DISTRIBUCIÓN RECOMENDADA DE BOMBAS DE INFUSIÓN	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE QUE LAS CANTIDADES EXPRESADAS DE BOMBAS Y CANALES, ES EL REQUERIMIENTO TOTAL, O ESTE SERÁ MODIFICADO ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES.	LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE SON LAS ESTABLECIDAS EN EL CUADRO "ANEXO 1.2 DISTRIBUCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN". SIN EMBARGO, SE ACLARA QUE LAS CANTIDADES DE BOMBAS Y CANALES SOLICITADAS PODRÁN SER MODIFICADAS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
6	ANEXO 1.2	DERIVADO DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA PANDEMIA QUE SE PRESENTA EN ESTE MOMENTO A NIVEL MUNDIAL, Y A FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE OFERTAR LA CANTIDAD DE BOMBAS REQUERIDAS, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

M

or



ACTA CORRESPONDIENTE A LA **JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS".

		CONVOCANTE, NOS AUTORICE A PROPONER HASTA DOS MARCAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN.	
7	ANEXO 1  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES	CON LA FINALIDAD DE ROBUSTECER EL ABANICO DE POSIBILIDADES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE DIFÍCIL ACCESO VENOSO Y DE MEDIANA ESTANCIA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL ADICIONAR LA SIGUIENTE CLAVE:  SAICA: 060.167.8142  DESCRIPCIÓN: CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INYECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 20 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE.	LOS EQUIPOS, INSUMOS Y SOLUCIONES SOLICITADOS SON LOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA, SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE EN SU MOMENTO LO REQUIERA SE REALIZARAN LAS ADECUACIONES PERTINENTES.
8	ANEXO 1  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES	CON LA FINALIDAD DE ROBUSTECER EL ABANICO DE POSIBILIDADES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE DIFÍCIL ACCESO VENOSO Y DE MEDIANA ESTANCIA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL ADICIONAR LA SIGUIENTE CLAVE:  SAICA: 060.167.1415  DESCRIPCIÓN: CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INYECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 15 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE.	LOS EQUIPOS, INSUMOS Y SOLUCIONES SOLICITADOS SON LOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA, SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE EN SU MOMENTO LO REQUIERA SE REALIZARAN LAS ADECUACIONES PERTINENTES.
9	ANEXO 1.1B PÁG. 45 Y 46.	DICE: COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SEDESA UNA PLACA METÀLICA DE 7 CM DE LARGO POR 2.5 CM DE ANCHO, EN LA QUE CLARAMENTE SE DESCRIBAN LOS DATOS QUE SE SEÑALAN EN EL "ANEXO TECNICO":  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA COLOCAR ETIQUETA DE POLIÉSTER PLASTIFICADA EN CADA EQUIPO CON LA INFORMACIÓN RESPECTIVA, INCLUYENDO EL CÓDIGO QR PARA SU FÁCIL RECONOCIMIENTO Y CENSO, ASÍ COMO ETIQUETA FRONTAL CON EL SERVICIO AL QUE PERTENECE.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO, SE PRECISA QUE LA PLACA DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 4.6.1, NUMERAL 8, APARTADO "IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO".
10	PARTIDA 8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE LA INCLUSIÓN EN LA MISMA PARTIDA DEL CATETER PICCS CON ESTILETE INTERNO QUE SE ACOPLA AL SISTEMA DE CONFIRMACIÓN DE PUNTA POR MEDIO DEL SISTEMA DE ELECTRODO INTRACAVITARIO EN MEDIDAS DE: 5 FR., DE 3 LUMENES, 6 FR. DE 3 LUMENES Y 5 FR. DE 2 LUMENES, HACIENDO LA RESPETUOSA ACLARACIÓN QUE DICHA INCLUSIÓN NO INCREMENTARÁ EL COSTO PARA LA CONVOCANTE, Y PERMITIRÁ LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES.	SOLICITADOS SON LOS REQUERIDOS DE
11	ANEXO 1  PARTIDA ÚNICA  REQUISICIÓN  279/2021	CON LA FINALIDAD DE ROBUSTECER EL ABANICO DE POSIBILIDADES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE DIFICIL ACCESO VENOSO Y DE LARGA ESTANCIA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR LA ADICIÓN DE LAS SIGUIENTES CLAVES:    CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 4FR. 5SCM DE LARGO, UN LUMEN, (186], VOLUMEN DE CEBADO 0.67 ML CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25°, DISPOSITIVO ESTABLIZADOR PARA FILADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 4.5FR CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUIA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 4.5FR CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUIA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD VELOCIDAD DE FILUJO DE 1272 MI,/HI, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FILUJO MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FILUJO MÁXIMA PROMEDIO DA LEGATOR CON BOMBA INVECTORA AD E RUDIO TEO CONTRASTE SMI/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DA LESTALLIDO	LOS EQUIPOS, INSUMOS Y SOLUCIONES SOLICITADOS SON LOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA, SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE EN SU MOMENTO LO REQUIERA SE REALIZARAN LAS ADECUACIONES PERTINENTES.

Página 3 de 5

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS".

	1524 KPA (221 PSI), RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1448 A 1703 KPA (210 – 247 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2668 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP	
060.166.0555	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, SFR. SSCM DE LARGO, UN LUMEN, (186), VOLUMEN DE CEBADO 0.66 ML. CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25°, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA HIADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL , UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 4.5FR CON DILATADOR D. SAMM DI, GUIJO DE NITRIOL ELEIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR, 7 CM DE LONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD, VELOCIDAD DE FLUJO DE 1135 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITER EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE SML/SEG, PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA DE NEL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1076 KPA (156 PSI). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE STALLIDO 2156 KPA (317 PSI), RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE STALLIDO 2156 KPA (317 PSI), RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 2165 KPA (317 PSI), RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 2165 KPA (317 PSI), RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 2165 KPA (317 PSI), RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 2165 KPA (317 PSI), RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE METALLIDO DE 2165 KPA (317 PSI), RANGO DE DERSIONES MÁXIMAS DE METALDOR CON LA BOMBA DE INVECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MÉDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.86 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MÉDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.86 KPA	PIEZĄ
060.166.0655	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 6FR. 55CM DE LARGO, TRIPLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES[176,196,196],VOLUMEN DE CEBADO 3,760,479/0.47ML. CON 3 END CAPS UNO POR LUMEN, CIRTÀ MÉTRICA DE 25°, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR PARA CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA A PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 6FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 6FR X 7 CMS DE LONGITUD, CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DJ, BISTURÍ DE SEGURIDAD. AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1163/275/275 ML/HR. CATÉTERS QUE PERMITRE LE PASO DE MEDIO DE CONTRASTE 5 ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECCIÓN CON REVALLES DE LASO DE REPSIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1255 A 1441 KPA (182 – 209 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INVECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP.	PIEZA

00

XX



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS".

# POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	MTRO. DAVID M. MIRANDA ORTEGA DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	funfamell-
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCAS	DRA. EDITH ESPINOSA DORANTES COORDINADORA DE ENFERMERÍA	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	T.R. MOISES GONZÁLEZ MARTÍNEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MATERIAL DE CURACIÓN	
	ING. REBECA RODRIGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS E INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGÉN	
DIRECCIÓN DE FINANZAS	C. OMAR HERNANDEZ ESPINÓZA JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL PRESUPUESTAL	
DIRECCIÓN JURIDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD	LIC. NALLELY MORALES ROSAS AUDITOR	
DE MÉXICO	LIC. RONEY ROQUE DIEGO AUDITOR	

## POR EL PARTICIPANTE

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT	A manage

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS".