



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0065



SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES); SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO), ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, ASISTIDO POR EL C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA, REPRESENTANTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS.

I.-EN ESTE ACTO EL ÁREA TÉCNICA HACE DEL CONOCIMIENTO LAS SIGUIENTES PRECISIONES:

PRECISIÓN 1. ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 5. MUESTRAS

DICE:

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, NO CADUCAS DE LOS RENGLONES SEÑALADOS A CONTINUACIÓN EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HRS. EN TORRE INSIGNIA PISO 21, EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS EL DÍA DESIGNADO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN

DEBERÁ, LLEVAR IMPRESO **EL ANEXO 1.6 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS**, EN ORIGINAL Y COPIA EL CUAL SE FIRMARÁ DE ACUSE Y SE SELLARÁ POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN ORIGINAL FORMATO PDF JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA, DE NO INTEGRARLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

LAS MUESTRAS SON DE CARÁCTER DEVOLUTIVO, SE EVALUARÁN Y REGRESARÁN AL TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ ASISTIR EL ESPECIALISTA DE PRODUCTO.

LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS PARA SU IDENTIFICACIÓN INDICAR NOMBRE DEL OFERENTE, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE (CUANDO APLIQUE) Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.

PARA LA PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EL OFERENTE **DEBERÁ TRAER DE MANERA OBLIGATORIA** EL HARDWARE, PROYECTOR Y DATOS PARA USO DEL INTERNET EN CASO DE REQUERIRLO. LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE.

RELACIÓN DE MUESTRAS

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL TIPO COLA DE COCHINO O RECTO, TAMAÑO ADULTO	PIEZA	1
2	LÍNEA CORTA DE TRANSFERENCIA	PIEZA	1
3	SET DE LÍNEAS ARTERIOVENOSAS	PIEZA	1
4	CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL/PERMANENTE	PIEZA	1
5	FILTROS HEMODIALIZADORES	PIEZA	1
6	SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PIEZA	1
7	ETIQUETA PLASTIFICADA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO CÓDIGO QR, CON UN EJEMPLO DE UN EQUIPO, LA	PIEZA	1



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0066



	LECTURA DEL CÓDIGO NO DEBE ENVIAR A NINGUNA PÁGINA DE INTERNET, SINO A LOS DATOS ESPECIFICOS		
--	---	--	--

EL ACCESO A LA TORRE INSIGNIA SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

- EL REGISTRO DE LOS OFERENTES SERÁ LLEVADO EN EL PISO 21, DE LA TORRE INSIGNIA EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HRS, EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO NO SE PERMITIRÁ EL REGISTRO Y POR ENDE NO PODRÁN ENTREGAR MUESTRAS.
- EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS ASIGNADO AL REGISTRO, DARÁ ACCESO EN EL ORDEN EN QUE SE HAYAN REGISTRADO, EL ACCESO SERÁ DE UN OFERENTE A LA VEZ.

DEBE DECIR:

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, NO CADUCAS DE LOS RENGLONES SEÑALADOS A CONTINUACIÓN EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HRS. EN TORRE INSIGNIA PISO 21, EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS EL DÍA DESIGNADO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN

DEBERÁ, LLEVAR IMPRESO **EL ANEXO 1.6 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS**, EN ORIGINAL Y COPIA EL CUAL SE FIRMARÁ DE ACUSE Y SE SELLARÁ POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN ORIGINAL FORMATO PDF JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA, DE NO INTEGRARLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

LAS MUESTRAS SON DE CARÁCTER DEVOLUTIVO, SE EVALUARÁN Y REGRESARÁN AL TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ ASISTIR EL ESPECIALISTA DE PRODUCTO.

LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS PARA SU IDENTIFICACIÓN INDICAR NOMBRE DEL OFERENTE, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE (CUANDO APLIQUE) Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.

PARA LA PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EL OFERENTE **DEBERÁ TRAER DE MANERA OBLIGATORIA** EL HARDWARE, PROYECTOR Y DATOS PARA USO DEL INTERNET EN CASO DE REQUERIRLO. LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE.

RELACIÓN DE MUESTRAS

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ADULTO			
1	CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL TIPO COLA DE COCHINO O RECTO, TAMAÑO ADULTO	PIEZA	1
2	LÍNEA CORTA DE TRANSFERENCIA	PIEZA	1
3	SET DE LÍNEAS ARTERIOVENOSAS	PIEZA	1
4	CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL/PERMANENTE	PIEZA	1
5	FILTROS HEMODIALIZADORES	PIEZA	1
PEDIÁTRICO			
6	CATÉTER TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS 8 FR X 12 CM	PIEZA	1
7	CATÉTER TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS 11.5 FR X 16 CM	PIEZA	1
8	CATÉTER TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS 13.5 FR X 15 CM	PIEZA	1
9	CATÉTER TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS 13.5 FR X 20 CM	PIEZA	1
10	CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS 8 FR X 12 CM	PIEZA	1
11	CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS 11.5 FR X 16 CM	PIEZA	1
12	CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS 13.5 FR X 15 CM	PIEZA	1



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



13	CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS 13.5 FR X 20 CM	PIEZA	1
14	FILTRO DE MEMBRANA SINTÉTICA CON SUPERFICIE EQUIVALENTE A 0.2 m ²	PIEZA	1
15	FILTRO DE MEMBRANA SINTÉTICA CON SUPERFICIE EQUIVALENTE A 0.6 m ²	PIEZA	1
OTROS INSUMOS			
16	KIT DE CONEXIÓN COMPLETO		
10	SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PIEZA	1
11	ETIQUETA PLASTIFICADA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO CÓDIGO QR, CON UN EJEMPLO DE UN EQUIPO, LA LECTURA DEL CÓDIGO NO DEBE ENVIAR A NINGUNA PÁGINA DE INTERNET, SINO A LOS DATOS ESPECIFICOS	PIEZA	1

EL ACCESO A LA TORRE INSIGNIA SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

- EL REGISTRO DE LOS OFERENTES SERÁ LLEVADO EN EL PISO 21, DE LA TORRE INSIGNIA EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HRS, EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO NO SE PERMITIRÁ EL REGISTRO Y POR ENDE NO PODRÁN ENTREGAR MUESTRAS.
- EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS ASIGNADO AL REGISTRO, DARÁ ACCESO EN EL ORDEN EN QUE SE HAYAN REGISTRADO, EL ACCESO SERÁ DE UN OFERENTE A LA VEZ.

PRECISIÓN 2. ANEXO 1.6 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS

DICE:

ANEXO 1.6

ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR **MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES DEL 100%, NO CADUCAS** DE LOS RENGLONES ENLISTADOS A CONTINUACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

IDENTIFICAR LAS MUESTRAS CON UNA ETIQUETA INDICANDO:

- ✓ NOMBRE DE LA EMPRESA.
- ✓ NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- ✓ NÚMERO DE RENGLÓN Y DESCRIPCIÓN MARCA Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.

LA ETIQUETA DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE ADHERIDA A LA MUESTRA, DERIVADO QUE EL ÁREA USUARIA NO SE HARÁ RESPONSABLE SI EN LA EVALUACIÓN NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADA LA MUESTRA.

PARA LA PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA, EL OFERENTE DEBERÁ **TRAER DE MANERA OBLIGATORIA EL HARDWARE, SOFTWARE, LINEA CON DATOS, Y PROYECTOR**. LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE.

EL NO PRESENTAR MUESTRAS Ó PRESENTAR MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, Ó PRESENTARLAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



0068

RELACIÓN DE MUESTRAS

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL TIPO COLA DE COCHINO O RECTO, TAMAÑO ADULTO	PIEZA	1	
2	LÍNEA CORTA DE TRANSFERENCIA	PIEZA	1	
3	SET DE LÍNEAS ARTERIOVENOSAS	PIEZA	1	
4	CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL/PERMANENTE	PIEZA	1	
5	FILTROS HEMODIALIZADORES	PIEZA	1	
6	SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PIEZA	1	
7	ETIQUETA PLASTIFICADA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO CÓDIGO QR, CON UN EJEMPLO DE UN EQUIPO, LA LECTURA DEL CÓDIGO NO DEBE ENVIAR A NINGUNA PÁGINA DE INTERNET, SINO A LOS DATOS ESPECÍFICOS	PIEZA	1	

FIRMAS DE LOS EVALUADORES

NOMBRE DEL PERSONAL DE LA DGPSMU
FIRMA

NOMBRE DEL PERSONAL DE LA DMTI
FIRMA

ACEPTO LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R F C DEL OFERENTE:



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



DEBE DECIR:

ANEXO 1.6

ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS

0069

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR **MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES DEL 100%, NO CADUCAS** DE LOS RENGLOES ENLISTADOS A CONTINUACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

IDENTIFICAR LAS MUESTRAS CON UNA ETIQUETA INDICANDO:

- ✓ NOMBRE DE LA EMPRESA.
- ✓ NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- ✓ NÚMERO DE RENGLO Y DESCRIPCIÓN MARCA Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.

LA ETIQUETA DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE ADHERIDA A LA MUESTRA, DERIVADO QUE EL ÁREA USUARIA NO SE HARÁ RESPONSABLE SI EN LA EVALUACIÓN NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADA LA MUESTRA.

PARA LA PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA, EL OFERENTE DEBERÁ **TRAER DE MANERA OBLIGATORIA EL HARDWARE, SOFTWARE, LINEA CON DATOS, Y PROYECTOR**. LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE.

EL NO PRESENTAR MUESTRAS Ó PRESENTAR MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, Ó PRESENTARLAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

RELACIÓN DE MUESTRAS

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ADULTO			
1	CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL TIPO COLA DE COCHINO O RECTO, TAMAÑO ADULTO	PIEZA	1
2	LÍNEA CORTA DE TRANSFERENCIA	PIEZA	1
3	SET DE LÍNEAS ARTERIOVENOSAS	PIEZA	1
4	CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL/PERMANENTE	PIEZA	1
5	FILTROS HEMODIALIZADORES	PIEZA	1
PEDIÁTRICO			
6	CATÉTER TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS 8 FR X 12 CM	PIEZA	1
7	CATÉTER TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS 11.5 FR X 16 CM	PIEZA	1
8	CATÉTER TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS 13.5 FR X 15 CM	PIEZA	1
9	CATÉTER TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS 13.5 FR X 20 CM	PIEZA	1
10	CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS 8 FR X 12 CM	PIEZA	1
11	CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS 11.5 FR X 16 CM	PIEZA	1
12	CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS 13.5 FR X 15 CM	PIEZA	1
13	CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS 13.5 FR X 20 CM	PIEZA	1
14	FILTRO DE MEMBRANA SINTÉTICA CON SUPERFICIE EQUIVALENTE A 0.2 m ²	PIEZA	1
15	FILTRO DE MEMBRANA SINTÉTICA CON SUPERFICIE EQUIVALENTE A 0.6 m ²	PIEZA	1
OTROS INSUMOS			
16	KIT DE CONEXIÓN COMPLETO	PIEZA	1
10	SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PIEZA	1



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS"

0070



11	ETIQUETA PLASTIFICADA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO CÓDIGO QR, CON UN EJEMPLO DE UN EQUIPO, LA LECTURA DEL CÓDIGO NO DEBE ENVIAR A NINGUNA PÁGINA DE INTERNET, SINO A LOS DATOS ESPECÍFICOS	PIEZA	1
----	--	-------	---

FIRMAS DE LOS EVALUADORES

NOMBRE DEL PERSONAL DE LA DGPSMU
FIRMA

NOMBRE DEL PERSONAL DE LA DMTI
FIRMA

ACEPTO LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R F C DEL OFERENTE:

II. ACTO SEGUIDO, SE HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS ESCRITOS DE INTERÉS EN PARTICIPAR A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL COMPRANET HASTA ESTE MOMENTO, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: _____

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE PREGUNTAS
1	DISTRIBUIDOR MÉDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	0
2	HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	13

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones
1	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	05/09/2024 10:12	05/09/2024 10:21		
2	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	05/09/2024 03:23	05/09/2024 03:23		



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



0071

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE ADJUNTA ACUSE DE ENVÍO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET DE LA EMPRESA QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO COMO ANEXO 1.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO, SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA; ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL ÁREA CONTRATANTE Y LAS DE CARÁCTER TÉCNICO POR EL ÁREA TÉCNICA ASISTIDA POR EL ÁREA REQUERENTE: —

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
639613	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PLANTILLA DE PROPUESTA TECNICA (EXCEL)	EN LA PLANTILLA DE PROPUESTA TECNICA DE EXCEL, CORRESPONDIENTE A LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN DE LOS ANEXOS 1.3 (FICHAS TÉCNICAS), 1.4 (FICHA INSUMOS Y MEDICAMENTOS, ANEXO 1.5 (FICHA POR EVENTOS) Y ANEXO 19 (PROPUESTA TÉCNICA), SOLICITAN SE REALICE EL HIPERVINCULO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. SE HACE LA RESPETUOSA ACLARACIÓN A ESA H. CONVOCANTE, QUE AL COLOCAR LOS HIPERVINCULOS EN NUESTRO EXCEL, SE CORRE EL RIESGO DE QUE AL SUBIR NUESTRA PROPUESTA A LA PLATAFORMA DE COMPRANET, ESTOS SE PIERDAN Y SE GENERE UN ERROR AL MOMENTO DE SER ABIERTOS POR LA CONVOCANTE, ESTO DEBIDO A QUE NO ENCUENTRE LA RUTA DE LOS ARCHIVOS DE ORIGEN, POR TAL MOTIVO Y CON EL FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE, SE NOS PERMITA ÚNICAMENTE, SEÑALAR EL NÚMERO DE FOLIO Y NOMBRE DEL ARCHIVO DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN CADA APARTADO DE LOS ANEXOS CITADOS, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO COLOCAR ESTOS HIPERVINCULOS SOLICITADOS.	DEBERÁ ATENDER LA GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET DIALISIS.DOCX QUE ESTA EN LA CONVOCATORIA EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET
639634	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA PUNTO 10 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL.	DE LOS EQUIPOS MEDICOS PUNTO 14, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN EL CASO DE QUE UN EQUIPO MEDICO TENGA UNA VIDA DE SERVICIO SUPERIOR A LOS 4 AÑOS Y MENOR DE 5 AÑOS, PERO TENGA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS, PUEDA SER ACEPTADO PARA ESTE EVENTO DE LICITACION, COMPROMETIENDONOS A QUE DE RESULTAR ASIGNADOS Y SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO TIENE FALLOS O DESCOMPOSTURAS, SE CAMBIARÁ POR UNO NUEVO.	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE HACIA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
639635	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA ELECTRONICA	Y APARTADO FICHAS TECNICAS ANEXOS 1.3, 1.4, 1.5, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION SIGUIENTE: REGISTROS SANITARIOS, CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA: FDA O CE O JIS O EQUIVALENTE SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012. BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS, CERTIFICADO DE LA NOM-003-SSA-2010 Y LA CERTIFICACION ISO:13485:2016 SOLO SE PRESENTARA, EN EL CASO QUE APLIQUE, A EQUIPO MEDICO Y/O ACCESORIOS, A LOS CONSUMIBLES, INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.	SE DEBE PRESENTAR TODO LO QUE SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO Y LE APLIQUE AL DISPOSITIVO MÉDICO ASÍ COMO A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0072



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
639636	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS MÉDICOS,	EQUIPOS AUXILIARES Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. MAQUINA CICLADORA PARA DIALISIS PERITONEAL. PUNTO 1.8 "QUE NO NECESITE CALIBRACION", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR MAQUINA CICLADORA PARA DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA CON LA CARACTERISTICA DE NO REQUERIR CALIBRACION PARA SU USO Y NO REQUERIR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE HACIA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
639637	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS MÉDICOS,	EQUIPOS AUXILIARES Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. MAQUINA CICLADORA PARA DIALISIS PERITONEAL. PUNTO 1.15.- CASSETTE DESECHABLE EN PACIENTE ADULTO Y CASSETTE DESECHABLE ESPECÍFICO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR MAQUINA CICLADORA PARA DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA CON FUNCION DE MODO VOLUMEN PEQUEÑO, ESTO PERMITE ATENDER A PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y DE BAJO PESO, USANDO UN SOLO UN TIPO DE CASSETTE.	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE HACIA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
639638	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS MÉDICOS,	EQUIPOS AUXILIARES Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. MAQUINA DE HEMODIALISIS. PUNTO 1.21.- CON DISPOSITIVO PARA EL MANEJO DE DESECHOS INTEGRADO A LA PARTE HIDRÁULICA DE LA MÁQUINA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR MAQUINA PARA HEMODIALISIS CON DISPOSITIVO DE DESECHO INTEGRADO EN LA LÍNEAS ARTERIOVENOSAS O HEMOLÍNEA, LA CUAL GARANTIZA LAS BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD AL PACIENTE AL NO INTERACTUAR NINGUN DESECHO BIOLÓGICO CON LA MÁQUINA.	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE HACIA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
639639	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.	PUNTOS 11.1, 37.1 SISTEMA DE CONEXION MULTIPLE DE PVC SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SISTEMA DE CONEXION MULTIPLE DE PVC, QUE SIRVE PARA CONECTAR 3 BOLSAS DE SOLUCIÓN DE DIÁLISIS PERITONEAL.	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO
639640	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.3 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS MÉDICOS,	EQUIPOS AUXILIARES Y SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. MAQUINA DE HEMODIALISIS. PUNTO 1.25 HEMODIAFILTRACION, SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR MAQUINA PARA HEMODIALISIS CON MODALIDAD HEMODIALISIS EXPANDIDA A TRAVES DE FILTRO THERANOVA, PARA CUMPLIR CON EL PUNTO DE HEMODIAFILTRACION. EL DIALIZADOR THERANOVA, ES UNA MEMBRANA QUE SE DIRIGE A LA FILTRACION DE MOLÉCULAS MEDIAS DE MAYOR TAMAÑO QUE NO SE ELIMINAN EFICAZMENTE POR LOS TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS DISPONIBLES. ESTA TECNLOGIA DE EQUIPO EN CONJUNTO CON EL DFILTRO DIALIZADOR OFRECE LA OPORTUNIDAD DE UNA TERAPIA DE HEMODIÁLISIS EXPANDIDA (HDX), QUE PROPORCIONA UN DESEMPEÑO DE HDF MÁS ALLÁ DE LA ELIMINACIÓN DE MOLÉCULAS MEDIANAS Y MEDIANAS DE MAYOR TAMAÑO, USANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA HEMODIALISIS CONVENCIONAL	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE HACIA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0073



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
639641	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PUNTO 9	KIT DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN PARA PARA CATETER Y FISTULA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR Y PRESENTAR DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA Y REGULATORIA DE MANERA INDIVIDUAL PARA AQUELLOS INSUMOS QUE EL REGISTRO SANITARIO, FOLLETO O INSERTO NO CONTEMPLA DE MANERA INTEGRAL DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO EN EL ANEXO 1.4 KIT DE LOS KIT DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATETER Y FISTULA, ASUMIENDO EL COMPROMISO, EN EL CASO DE RESULTAR ASIGNADO, QUE LA ENTREGA FISICA DE LOS KITS DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN TANTO DE FISTULA COMO CATETER, SERA EN KIT COMO SE ENLISTA EN EL PRESENTE PUNTO DE LAS BASES.	SE DEBE PRESENTAR TODO LO QUE SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO Y LE APLIQUE AL DISPOSITIVO MÉDICO ASÍ COMO A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
639642	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PUNTO 7	SOLUCIÓN DE SELLADO DE PARA CATÉTERES DE HEMODIÁLISIS Y PUNTO 8 SOLUCIÓN DE SELLADO ANTICUAGULANTE, ANTIBACTERIANO Y ANTITROMBÓTICO EN JERINGA LIBRE DE AGUJA PRECARGADA CON 2.5ML C/U CON CONEXIÓN LUER LOCK, EMPAQUETADAS EN UN SET ESTÉRIL LAS CUALES CONTIENEN CITRATO TRISÓDICO AL 4%, 30%, 46.7% PRESENTACIÓN SET CON DOS JERINGAS. ACABADO DE LA JERINGA LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS, PERFORACIONES, FRACTURAS, REBASAS INTERNAS, RUGOSIDADES Y NÓDULOS. JERINGAS CON GRADUACIÓN EN ML Y CON ANILLO DE RETENCIÓN PARA EVITAR QUE EL EMBOLO SE SEPARA DEL CILINDRO. SOLICITAMOS NOS AUTORIZEN A COTIZAR EL INSUMO "SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE Y ANTIMICROBIANO DE CITRATO DE SODIO AL 4%, 30% Y 46.7%, EN AMPOLLETA VIAL DE PLASTICO DE 5 ML. MISMO QUE CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS COMO SELLADOR DE CATETERES. LO ANTERIOR DERIVADO DEL CAMBIO DE PRESENTACION DEL FABRICANTE.	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE HACIA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
639643	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	0074 ANEXO 1.4 FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS. PUNTO 15	FILTRO PARA HEMODIÁLISIS DE MEMBRANA SINTÉTICA (PAES) DE POLIETERSULFONA DE ALTO FLUJO EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DE LOS CLÍNICOS, SUPERFICIE DE ÁREA EN CONFORMIDAD CON LO QUE SOLICITE EL ÁREA MÉDICA, CUBRIENDO LOS PARÁMETROS DE ACLARAMIENTO DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS CON SUPERFICIES EQUIVALENTES ENTRE 1.1 Y 2.1 M2 (DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PACIENTE), PIEZA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR FILTRO PARA HEMODIÁLISIS DE MEMBRANA SINTÉTICA DE PORACOTON (PAES / PVP) DE ALTO FLUJO EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DE LOS CLÍNICOS, SUPERFICIE DE ÁREA EN CONFORMIDAD CON LO QUE SOLICITE EL ÁREA MÉDICA, CUBRIENDO LOS PARÁMETROS DE ACLARAMIENTO DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS CON SUPERFICIES EQUIVALENTES ENTRE 1.1 Y 2.1 M2 (DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PACIENTE), PIEZA.	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO
639644	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.4 INSUMOS PARA TRRC PUNTO 3	BOLSA RECOLECTORA DE EFLUENTE DE 5 LITROS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA BOLSA RECOLECTORA DE EFLUENTE DE 5 LITROS SOLICITADA EN ESTE PUERTO DENTRO DEL CIRCUITO EXTRACORPÓREO DE PVC INTERCONECTADO, EL CUAL TIENE 4 SEGMENTOS PARA BOMBA. UNA LÍNEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LÍNEA PARA LÍQUIDO DE HEMODIÁLISIS, UNA LÍNEA PARA FLUIDO DE REEMPLAZO, UNA LÍNEA DE ACCESO A PACIENTE, UNA LÍNEA PARA COLECCIÓN DEL VOLUMEN EXTRAÍDO, 4 TRANSDUCTORES DE PRESIÓN, UN FILTRO DE MEMBRANA AN69, UNA BOLSA PARA DRENAJE DEL LÍQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE VOLUMEN EXTRAÍDO PREDILUCIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PUEDEN OFERTAR, SIN SER LIMITANTE HACIA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
639645	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA	DEL SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS HEMODIÁLISIS ENCISO MEDICAMENTOS NUMERAL TRES INCISO 42. HEPARINA MÁS HEPARINA BPM MÁS CITRATO MÁS ALTEPLASA (PEDIATRÍA). ME PERMITO INFORMAR QUE LOS MEDICAMENTOS "HEPARINA MÁS HEPARINA BPM MÁS CITRATO MÁS ALTEPLASA" NO SON INSUMOS PROPIOS PARA LOS TRATAMIENTOS DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, LOS EXCLUYA DE ESTE PROCESO DE LICITACIÓN.	NO SE ACEPTA

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE CUENTAN CON UN PLAZO DE **06 HORAS COMO MÍNIMO** A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET DEL **DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, PARA FORMULAR Y REMITIR POR COMPRANET, LAS REPREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS, A LAS CUALES SE DARÁ CONTESTACIÓN A LAS **EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, EN ESTA MISMA SALA UBICADA EN EL PISO 8 DE LA TORRE INSIGNIA PARA LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS Y DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".



0075

COMPRANET PARA LOS LICITANTES INTERESADOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA CITADA AL RUBRO.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ
UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-
COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX](https://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX).

ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN HORA
POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONVOCANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EN LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EN EL
PISO 8 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NUMERO 423, COL. NONOALCO
TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA
POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGÚN
REPRESENTANTE O PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO
COMO OBSERVADOR.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:05 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA
LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA
SECRETARÍA, QUIENES RECIBIRÁN COPIA DE LA PRESENTE ACTA POR CORREO ELECTRÓNICO.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
	LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	C.F. ANTONIO JUÁREZ GONZÁLEZ REPRESENTANTE	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA "SERVICIO
INTEGRAL DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS".

0076



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE	
	MTRO. JUAN CARLOS CASTILLO CARREON JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. DANIELA GÓMEZ GONZÁLEZ REPRESENTANTE	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMSS-BIENESTAR	DR. DANIEL GILBERTO CARRILLO URIBE REPRESENTANTE	
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	C. P. MARCO ANTONIO GÓMEZ CONTRALOR CIUDADANO DESIGNADO	

-----FIN DEL ACTA-----

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-10-2024, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE DIÁLISIS Y
HEMODIÁLISIS."