ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-5-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."

0492

SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **24** DE **JUNIO** DEL **2024**, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES; SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS **ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO** (EN ADELANTE, LA LEY), **45 Y 46 DE SU REGLAMENTO** DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO), ASÍ COMO DEL NUMERAL **3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO**, DE LA CONVOCATORIA.----------

---

I. ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL **LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ,** DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, ASISTIDO POR EL **C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA**, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE.----------

---

II. A CONTINUACIÓN, SE AGREGA LA IMAGEN DE LA CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO.",** DEL DÍA **23** DE **JUNIO** DE **2024 A LAS 12:00 HORAS,** TERMINO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PREVIO AL PRESENTE ACTO DONDE SE OBSERVO LOS LICITANTES QUE DEMOSTRARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR QUE EN EL SIGUIENTE NUMERAL SE MENCIONAN: ----------

---



ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0493

6	ANGO MEDICAL SA DE CV	21/06/2024 22:34	22/06/2024 08:15		
7	ATYDE MEXICO SA DE CV	18/06/2024 16:53			
8	BIODIST S.A. DE C.V.	17/06/2024 10:08	17/06/2024 16:18		
9	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	17/06/2024 15:33	21/06/2024 13:39		
10	CAPRIVEK SA DE CV	18/06/2024 15:03			

1 2 3 4 5 › » 10

← Regresar | Solicitudes de aclaración

11	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	16/06/2024 14:24	16/06/2024 15:22		
12	CASA PLARRE SA DE CV	17/06/2024 08:59			
13	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	21/06/2024 12:57	21/06/2024 13:51		
14	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS Y HOSPI	18/06/2024 02:28	18/06/2024 02:30		
15	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	16/06/2024 22:18			
16	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	18/06/2024 11:47	18/06/2024 11:47		
17	CONDUIT LIFE SA DE CV	17/06/2024 16:45	17/06/2024 16:48		
18	CORINDAL SA DE CV	17/06/2024 14:57			
19	CORPORATIVO PROMED SA DE CV	15/06/2024 12:50			
20	CORPORATIVO PROVEEDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO SA	19/06/2024 18:46			

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0494

11	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	16/06/2024 14:24	16/06/2024 15:22		
12	CASA PLARRE SA DE CV	17/06/2024 08:59			
13	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	21/06/2024 12:57	21/06/2024 13:51		
14	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS Y HOSPI	18/06/2024 02:28	18/06/2024 02:30		
15	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	16/06/2024 22:18			
16	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	18/06/2024 11:47	18/06/2024 11:47		
17	CONDUIT LIFE SA DE CV	17/06/2024 16:45	17/06/2024 16:48		
18	CORINDAL SA DE CV	17/06/2024 14:57			
19	CORPORATIVO PROMED SA DE CV	15/06/2024 12:50			
20	CORPORATIVO PROVEEDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO SA	19/06/2024 18:46			
21	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	17/06/2024 12:40	17/06/2024 12:41		
22	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	20/06/2024 16:55	20/06/2024 16:55		
23	DEWIMED SA	17/06/2024 19:25	17/06/2024 19:26		
24	DIAGNOSTICS SOLUTIONS S A P I DE CV	17/06/2024 12:24			
25	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	19/06/2024 11:12	19/06/2024 12:07		
26	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	14/06/2024 18:29	18/06/2024 14:31		
27	DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES SA DE CV	17/06/2024 11:00			
28	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	18/06/2024 08:56	20/06/2024 11:20		
29	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	17/06/2024 09:42	17/06/2024 09:43		
30	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	17/06/2024 12:39	17/06/2024 13:18		

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0495

31	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV	19/06/2024 14:18	19/06/2024 14:58		
32	EYM SOLUTIONS SA DE CV	17/06/2024 10:24	22/06/2024 20:03		
33	FEHLMEX SA DE CV	17/06/2024 10:41	17/06/2024 13:24		
34	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	14/06/2024 22:28	19/06/2024 13:03		
35	GERD YERIK SA DE CV	17/06/2024 14:45	17/06/2024 14:47		
36	GRUPO BIOMEDICO AZTECA SA DE CV	17/06/2024 09:40	17/06/2024 09:44		
37	GRUPO REINET SA DE CV	17/06/2024 15:38	17/06/2024 15:38		
38	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	17/06/2024 15:09	17/06/2024 15:37		
39	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	14/06/2024 17:30	14/06/2024 17:31		
40	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	18/06/2024 10:16	22/06/2024 16:16		

« ‹ 2 3 4 5 6 › » 10

41	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	19/06/2024 16:39	19/06/2024 16:40		
42	INBIOMEDIX SA DE CV	17/06/2024 17:48	17/06/2024 17:49		
43	INELBIO SA DE CV	18/06/2024 11:40			
44	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	22/06/2024 17:03	22/06/2024 17:04		
45	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	18/06/2024 11:11	18/06/2024 11:12		
46	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	17/06/2024 16:33	17/06/2024 16:33		
47	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	20/06/2024 17:24			
48	JRL SUPPLIERS S DE RL DE CV	17/06/2024 14:57	19/06/2024 14:43		
49	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	17/06/2024 16:35			
50	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	17/06/2024 17:19	17/06/2024 17:21		
51	MAINEQ DE MEXICO SA DE CV	17/06/2024 14:55	21/06/2024 15:23		
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	19/06/2024 16:17	22/06/2024 20:40		
53	MED RENT SA DE CV	17/06/2024 09:20			
54	MEDICA LUTESA SA DE CV	21/06/2024 13:26	21/06/2024 13:28		
55	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	17/06/2024 16:19	17/06/2024 16:19		
56	MEDIXSA SA DE CV	17/06/2024 15:39	17/06/2024 15:39		
57	MEXICO BIOCARE REPRESENTANTE SA DE CV	19/06/2024 08:34	19/06/2024 08:35		
58	MINARIC SA DE CV	14/06/2024 18:09	14/06/2024 18:11		
59	NUDOMI SA DE CV	21/06/2024 11:26	22/06/2024 20:37		
60	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	18/06/2024 17:48			

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0496

61	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	17/06/2024 14:39	17/06/2024 16:44		
62	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	19/06/2024 11:11	20/06/2024 12:49		
63	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	18/06/2024 16:21			
64	SAVARE MEDIKA SA DE CV	20/06/2024 14:22	20/06/2024 14:35		
65	SERVICIENTIFICA-MEDICA SA DE CV	19/06/2024 13:42			
66	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	14/06/2024 22:27	14/06/2024 22:28		
67	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	18/06/2024 09:49	18/06/2024 16:27		
68	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	19/06/2024 09:05	19/06/2024 09:06		
69	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	20/06/2024 12:11	20/06/2024 12:12		
70	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	18/06/2024 13:38	18/06/2024 13:39		

« ‹ 4 5 6 7 8 › » 10

71	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	21/06/2024 13:37			
72	TECNOMEDICS SA DE CV	17/06/2024 12:13	17/06/2024 15:29		
73	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	17/06/2024 12:21	17/06/2024 12:22		
74	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	18/06/2024 15:19	18/06/2024 15:22		
75	VECO SA DE CV	21/06/2024 10:08	21/06/2024 11:22		

« ‹ 4 5 6 7 8 10

← Regresar Solicitudes de aclaración

III.- ACTO SEGUIDO, SE HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS ESCRITOS DE INTERÉS EN PARTICIPAR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: ----------

---

-

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0497

	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE PREGUNTAS
1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	941
2	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
3	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
4	DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
5	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
6	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	SI	
7	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
8	DIMSA INTERPRETACION MEDICA, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
9	BIODIST, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
10	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO. S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
11	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
12	BIOMICS LAB MEXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
13	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
14	ANGO MEDICAL, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
15	JRL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	SI	
16	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
17	ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	CompraNet	SI	
18	DEWIMED, S.A.	CompraNet	SI	
19	MAINEQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
20	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	CompraNet	SI	
21	EYM SOLUTIONS SA DE CV	CompraNet	SI	
22	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	CompraNet	SI	
23	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	CompraNet	SI	
24	GERD YERIK SA DE CV	CompraNet	SI	
25	NUDOMI SA DE CV	CompraNet	SI	
26	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
28	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	
29	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	CompraNet	SI	
30	CONDUIT LIFE SA DE CV	CompraNet	SI	
31	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	CompraNet	SI	
32	MEDIXSA SA DE CV	CompraNet	SI	
33	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE ADJUNTAN LOS ACUSES DE ENVIÓ DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET DE LAS EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR, ASÍ COMO LOS MANIFIESTOS DE INTERÉS COMO **ANEXO 1**.--

---

III. LA CONVOCANTE HACE LAS SIGUIENTES PRECISIONES: ----------

---

PRECISIÓN 1.- LA CONVOCANTE CON RESPECTO A LOS PARÁMETROS LEGALES/ADMINISTRATIVOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET EN EL SIGUIENTE SENTIDO: SE HABILITARON EN LA PLATAFORMA EN LOS REQUERIMIENTOS LEGAL/ADMINISTRATIVO LOS ANEXOS Y REQUISITOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL **6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN.**----------

---

PRECISIÓN 2.- LA CONVOCANTE CON RESPECTO AL PARÁMETRO ECONÓMICO, INFORMA EN ESTE ACTO QUE FUE HABILITADO CON EL OBJETO QUE LOS LICITANTES PUEDAN CARGAR EN BÓVEDA EL **ANEXO 14**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0030 0498

PROPUESTA ECONÓMICA. ----------

PRECISIÓN 3.- LA CONVOCANTE INFORMA QUE SE HABILITARAN PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA CARGA DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y LA PROPUESTA TÉCNICA SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA COMO **ANEXO 19**.----------

PRECISIÓN 4.- LA CONVOCANTE HABILITARÁ LA PLATAFORMA PARA AGREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS DE. DE LOS 55 EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO; CABE SEÑALAR QUE EL CASO DE NO COTIZAR ALGUNOS EQUIPOS, LOS LICITANTES SUBIRÁN UN DOCUMENTO EN PDF RN LAS FICHAS TÉCNICAS CON LA LEYENDA "NO COTIZA" PRECISIONES DEL ÁREA TÉCNICA. ----------

PRESICIÓN 5.- CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y 42, 46 FRACCION VII DE SU REGLAMENTO, ATENDIENTO AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIONES, MISMAS QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE 941 Y EN RAZON DEL TIEMPO QUE CONLLEVA DAR RESPUESTA A TODOS LOS CUESTIONAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS DIAS PREVISTOS EN EL NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE **SE POSPONE LA FECHA PARA LA PRESENTACION Y APERURA DE PROPOSICIONES MODIFICANDO AL DÍA 03 DE JULIO DE 2024 A LAS 11:00 HORAS** CONFORME AL LUGAR SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA.----------

IV. PRESIONES DEL ÁREA TÉCNICA CON RESPECTO AL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO. ----------

PRECISION 1.----------

PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO:----------

SE ELIMINA EL PUNTO 2.1.3.- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S----------
SE ELIMINA EL PUNTO 2.1.7- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE. --------

PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO----------

SE ELIMINA EL PUNTO 2.1.3.- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S----------
SE ELIMINA EL PUNTO 2.1.7.- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR.----------

PRECISIÓN 2. ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.- MUESTRAS, PARA LAS PARTIDAS 3 Y 4, CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (5 MONITORES) Y CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 MONITORES). DURANTE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR UN SIMULADOR DE PACIENTE PARA DEMOSTRAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTAR EL SIMULADOR DE PACIENTE SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ----------

PRECISIÓN 3. PLANOS----------

LA ENTREGA DE PLANOS SERÁ EL JUEVES 27 DEL PRESENTE MES EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00HRS, EN TORRE INSIGNIA, PISO 21 UBICADA EN AV. INSURGENTES NORTE No. 423, COL. NONOALCO-TLATELOLCO. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. C.P. 06900- CIUDAD DE MÉXICO, EN LA JEFATURA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPO, IMAGEN Y DE LABORATORIO, SOLO SE LES ENTREGRAN LOS PLANOS A LOS LICITANTES QUE ACUDIERÓN HACER LA VISITA Y ESTEN INSCRITOS EN LAS LISTAS DE ASISTENCIA DE CADA DÍA DE LA VISITA. SI EL LICITANTE NO ACUDIO A LA VISITA, NO SE LE ENTREGARAN LOS PLANOS. ----------

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0499

PRECISIÓN 4. HIPERVINCULACIÓN----------

PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE PRECISA LO SIGUIENTE: ----------
ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA----------

a) SE ELIMINA LA COMUNA "HIPERVÍNCULO (REFERENCIA A CATALÓGOS, MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)". EN EL APARTADO III. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. ----------
b) EN LA COLUMNA "PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF", SE DEBERÁ COLOCAR EXACTAMENTE LA UBICACIÓN DONDE SE ENCUENTRE LA REFERENCIA DE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA. ----------
c) LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS O DOCUMENTOS UTILIZADOS, NO DEBERAN ESTAR ESCANEADOS. ----------
d) LOS ARCHIVOS MENCIONADOS EN EL INCISO C, DEBERAN ESTAR IDENTIFICADOS ANTEPONIENDO EL NÚMERO DE LA PARTIDA, SEGUIDO CON EL NOMBRE DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS O DOCUMENTOS UTILIZADOS. ----------
e) EN EL APARTADO V. DOCUMENTACIÓN (REGISTRO SANITARIO, CERTIFICACIONES Y CARTA DE APOYO) EN LA COLUMNA "HIPERVÍNCULO (COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO, EN FORMATO PDF)", SE DEBERÁ COLOCAR EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, DE IGUAL MANERA, SE DEBERÁ NOMBRAR EL ARCHIVO, ANTEPONIENDO EL NÚMERO DE LA PARTIDA, SEGUIDO DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.----------

ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ----------

a) EN EL APARTADO III. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, EN LA COLUMNA "HIPERVINCULO", SE DEBERÁ COLOCAR EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, DE IGUAL MANERA, SE DEBERÁ NOMBRAR EL ARCHIVO, ANTEPONIENDO EL NÚMERO DE LA PARTIDA, SEGUIDO DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.----------

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599107	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	PUNTO 1.7.- CAPACIDAD DE VACÍO DE LA FUNDA ESTÉRIL: LA CARACTERISTICA DE VACÍO DE LA FUNDA ESTÉRIL ES EXCLUSIVA DE LA MARCA CARL ZEISS LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y DE OTRAS MARCAS EN EL MERCADO. ESTA FUNCIÓN NO ES ESENCIAL NI CONTUNDENTE PARA LA PRÁCTICA DE UNA CIRUGÍA ADEMÁS DE QUE SOLO ENCARECE EL COSTO DEL EQUIPO. NUESTRA TECNOLOGIA OFRECE UN METODO INTUITIVO DE COLOCACIÓN FÁCIL Y COMODA LA DE FUNDA ESTERIL EL CUAL SE LOGRA EN MENOS DE 60 SEGUNDOS LOGRANDO UNA PROTECCIÓN ESTÉRIL DEL MICROSCOPIO Y DEL CAMPO QUIRÚRGICO. SOLICTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

1060 0500

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DE LA MANERA ANTES MENCIONADA. ¿SE ACEPTA?	
599108	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA.	PUNTO 1.9.5.ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO: EL ACOPLAMIENTO DE LOS OCULARES EN EL TUBO BINOCULAR VARIA DE ACUERDO A LOS DISEÑOS Y EXPERIENCIAS DE CADA FABRICANTE. EL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO ES CARACTERISTICA EXCLUSIVA DE LA MARCA CARL ZEISS. NUESTRA TECNOLOGIA OFRECE UN ACOPLAMIENTO ENROSCABLE DE OCULARES EL CUAL HA RESULTADO EN UN MEJOR ASEGURAMIENTO EN EL TUBO BINOCULAR YA QUE LA TECNOLOGÍA CON MAGNETISMO VA PERDIENDO FUERZA CON EL TIEMPO Y COMO CONSECUENCIA EL OCULAR SE AFLOJA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA EL PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA DE ACOPLAMIENTO ENROSCABLE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599109	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA.	PUNTO 1.10.2- ACTIVIDAD DE MANERA ELÉTRICA PULSANDO UN BOTON DESDE LA EMPUÑADURA: QUEREMOS CORROBORAR CON LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LA ACTIVIDAD Ó MOVIMIENTOS DEL MICROSCOPIO SE LOGRA PRESIONANDO UN BOTÓN EN LA EMPUÑADURA QUE LIBERA LOS FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599110	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA.	PUNTO 1.13.1 - CON VIDEO CÁMARA DE 3 CHIPS DE ALTA DEFINICION A COLOR, INTEGRADA EN EL CUERPO DEL MICROSCOPIO (INTERNA): EL DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS PARA USO QUIRÚRGICO VARIAN DE ACUERDO A LOS DISEÑOS Y EXPERIENCIAS DE CADA FABRICANTE. OFRECEMOS UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR CON UNA CÁMARA FULL HD DE 1CMOS, CON SENSOR DE IMAGEN DE 1/2.8"PROGRESIVO DE 20488(H) X 1536(V) PIXELES LA CUAL ES DE LA MISMA MARCA DEL MICROSCOPIO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PROVEEDURÍA EL PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA DE LA MANERA ANTES MENCIONADA . ¿SE ACEPTA?	
599111	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	PUNTO 1.16.1 - ENTRADA EXTERNA DE VIDEO: QUEREMOS CORROBORAR CON LA CONVOCANTE QUE EN ESTE PUNTO SE REFIEREN A QUE SI EL MICROSCOPIO CUENTA CON UNA ENTRADA EXTRA DE VIDEO PARA CONECTAR OTRO MONITOR, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE REFIERE A CONECTAR UNA FUENTE EXTERNA DE VIDEO
599112	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	PUNTO 1.17.2 - MONITOREO DE NEURO: QUEREMOS CORROBORAR CON LA CONVOCANTE QUE EN ESTE PUNTO SE REFIEREN A QUE EL FILTRO U OBJETIVO DE FLORESCENCIA PUEDA SER OBSERVADO Y MONITOREADO DESDE LA PANTALLA DEL MICROSCOPIO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE REFIERE A QUE EL MODULO DE FLUORESCENCIA CON APLICACIÓN EN NEURO, PUEDA MEJORAR LA VISUALIZACIÓN DE TEJIDO DAÑADO PERMITIENDO PRECISIÓN DE MICROCIRGÍA RECONSTRUCTIVA COMPLEJA .
599313	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 5. COLPOSCOPIO. SECCIÓN 1.5.1.1.1.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL SEGUNDO BRAZO BASCULANTE DE UNA MEDIDA DE 480MM, ESTO NO AFECTA LAS FUNCIONES DEL MISMO ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? I. LONGITUD DE 480 MM.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599314	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 5. COLPOSCOPIO. SECCIÓN 1.7.1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LUZ LED, YA QUE, ES MÁS EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE Y EMITE MENOS CALOR RESPECTO AL HALÓGENO ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599315	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PUNTO 1.3.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE EN 5 PASOS, QUE VAN DESDE LOS 4,200 K° HASTA LOS 5,500 K°. ESTO COMO MEJORA TÉCNOLOGICA, YA QUE, PERMITE MAYOR RANGO DE TEMPERATURA SELECCIONABLE, ¿SE ACEPTA?.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599316	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PUNTO 1.3.11.2	SE SOLICITA A LA CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA CON UN TIEMPO DE BATERÍA EN USO DE 4 HORAS, PERMITIENDO ASÍ LA LIBRE	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0502

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?.	
599317	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PUNTO 1.3.11.3	SE SOLICITA A LA CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA CON FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN OSCILACIONES DE 4 HORAS, PERMITIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?.	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599318	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 15. MESA QUIRURGICA AVANZADA. PUNTO 1.10.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA QUE MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE FLEXIÓN (FLEX) CON UN ÁNGULO DE HASTA 220°, PERMITE DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA SIN EL ELEVADOR DE RIÑÓN. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599319	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 15. MESA QUIRURGICA AVANZADA. PUNTO 1.10.3	SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON EXTENSIÓN DE RESPALDO BASCULANTE ELÉCTRICAMENTE CON AJUSTE DE HASTA 40° QUE PERMITE UNA ELEVACIÓN APROXIMADA DE 120 MM EN LA ZONA DEL RIÑÓN, LO ANTERIOR COMO FUNCIÓN DE PUENTE BILIAR, AUNQUE LA OFERTA ECONÓMICA SE ELEVA CONSIDERABLEMENTE. ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA ANTERIOR ES POSITIVA
599320	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 15. MESA QUIRURGICA AVANZADA. PUNTO 1.12	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE 18/10 RESISTENTE A LA CORROCIÓN, ASI COMO ALGUNOS ELEMENTOS EN ACERO AL CROMO NIQUEL COMO EL BASTIDOR, RIELES Y COLUMNA TELESCOPICA, ESTO NO DEMERITA EL USO DEL BIEN Y PERMITE UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599365	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. FICHA 531.341.2479 - 001R	PUNTO 1.2.5.- ANODO ROTATORIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VELOCIDAD DE ROTACIÓN", YA QUE QUEDA POR EXPLICITO QUE EL ÁNODO ES ROTATORIO CON ESTE CONCEPTO Y ADEMÁS DICHA REFERENCIA CONTINUA CON LA CANTIDAD DE RPM. ¿ SE ACEPTA?	PUEDE REFENCIAR ASI EL PUNTO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599366	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 28 UNIDAD RADIOLÓGICA	PUNTO 1.7.- PESO DE 440 KG. O MENOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE	NO SE ACEPTA, DEBE ATENDER LO SOLICITADO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PORTÁTIL. FICHA 531.341.2479 - 001R	NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN PESO TOTAL DE 580 KG, EL EQUIPO INCLUYE CON UN SISTEMA DE BATERÍAS INDEPENDIENTES, UNA DE ELLAS ES PARA EL SISTEMA DE MOTORIZACIÓN QUE DA UNA VELOCIDAD DE 5 KM/H Y 2.5 KM/K EN RAMPA, ESTO FACILITA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y ASEGURA EL MENOR ESFUERZO PARA EL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	EN LA CONVOCATORIA
599367	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.2.-SELECCIÓN DE RADIOGRAFÍA PROGRAMADA ANATÓMICAMENTE, 200 PROGRAMAS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "EXÁMENES AUTOMÁTICOS PREDEFINIDOS CON PARÁMETROS PREDEFINIDOS" Y ADJUNTANDO UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDICA QUE EL NUMERO DE APR CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	LA PARTIDA NO CORRESPONDE AL EQUIPO QUE CITA
599368	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLON 4 CENTRAL DE MONITO P/ MÚLTIPLES CAMAS (6 MONITORES).531.632.0554 - 002	PUNTO 1.17.17 LA TECNOLOGÍA ACTUAL DE VENTILACIÓN PERMITE EL DESPLIEGUE DE CURVAS Y DATOS NUMEROS DE GASES EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR, CONCENTRANDO TODA LA INFORMACIÓN CLÍNICA NECESARIA DEL PACIENTE QUE LLEGUE A REQUIERIR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. POR ESTA RAZON, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR LA SOLICITUD DEL MÓDULO DE ESPIROMETRICA COMO OPCIONAL, YA QUE SERIA UN GASTO INECESARIO AL OBTENER LA INFORMACION DE LA ESPIROMETRÍA DEL VENTILADOR Y SOLO SE ESTARÍA ENCARECIENDO EL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599369	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLON 4 CENTRAL DE MONITO P/ MÚLTIPLES CAMAS (6 MONITORES).531.632.0554 - 002	PUNTO 3.5 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR LOS ACCESORIOS PARA ESPIROMETRIA COMO OPCIONALES., ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599371	ACCESORIOS PARA	TÉCNICO	PARTIDA 32	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICARNOS ¿CÚAL ES ROTOR QUE SE REQUIERE? Y ¿QUÉ TIPO	"ROTOR OSCILANTE O BASCULANTE DE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0504

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	LABORATORIOS SA DE CV			DE TUBOS Y LA CAPACIDAD DE TUBOS POR CORRIDA?	12 POSICIONES O CON CAPACIDAD PARA 12 TUBOS POR CORRIDA. ROTOR PARA TUBOS CÓNICOS PARA PROCESAMIENTO DE SANGRE, ORINA Y APLICACIONES CITOLOGICAS. ROTOR CON ADAPTADOR PARA TUBOS DE 5 O 10 ML, TUBOS CONICOS DE 5 O 10 ML. "
599372	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 32	¿SE ACEPTA CENTRÍFUGA CON CAPACIDAD DE ALMACENAR HASTA 4 PROGRAMAS?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CAPACIDAD DE ALMACENAR HASTA 20 PROGRAMAS
599373	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 32	¿SE ACEPTA CENTRÍFUGA QUE NO INCLUYA LO QUE INDICA LA DESCRIPCIÓN COMO CONSUMIBLES? 3.1.- CINCUENTA KIT DE CÁMARA DE MUESTRAS DE 1ML CON CÁMARA, SOPORTE DE LA CÁMARA, TAPA DE CÁMARA Y FILTRO DE PAPEL. 3.2.- CINCUENTA KIT DE CÁMARA DE MUESTRAS DE 6ML CON CÁMARA, SOPORTE DE LA CÁMARA, TAPA DE CÁMARA Y FILTRO DE PAPEL. 3.3.- CINCUENTA KIT DE CÁMARA DE MUESTRAS DE 12ML CON CÁMARA, SOPORTE DE LA CÁMARA, TAPA DE CÁMARA Y FILTRO DE PAPEL.?	NO SE ACEPTA, DEBE INCLUIR TODOS LOS CONSUMIBLES DEL PUNTO 3, 3.1, 3.2, 3.3
599374	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 39	¿SE ACEPTA EQUIPO DE 11.5 PIES CÚBICOS?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599375	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 39	¿SE ACEPTA EQUIPO CON INTERIOR EN ACERO PINTADO?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599376	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 39	¿SE ACEPTA RANGO DE TEMPERATURA DE 3 A 7°C?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
599377	ACCESORIOS PARA	TÉCNICO	PARTIDA 39	¿SE ACEPTA COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 350W?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	LABORATORIOS SA DE CV				PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599378	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	¿SE ACEPTA EQUIPO CON INTERIOR EN ACERO PINTADO?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599379	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	¿ACEPTA EQUIPO CON RANGO DE TEMPERATURA DE 3 A 7°C?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599380	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	¿ACEPTA QUE TENGA COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 350W?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES;
599381	DEWIMED SA	ECONÓMICO	ANEXO 14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA AGREGAR AL ANEXO 14 DE LA PROPOSICION ECONOMICA SOLO LAS PARTIDAS EN LAS QUE ESTAMOS PARTICIPANDO ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LOS LICITANTES DEBERAN COTIZAR LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPA CONFORME AL NUMERAL 6.3.2 PROPOSICION ECONOMICA Y EL ANEXO 14
599382	DEWIMED SA	OTROS	COMPRANET	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS HABILITE MÁS ESPACIO EN EL ÁREA DE REQUERIMIENTOS LEGAL- ADMINISTRATIVO, ESTO CON EL FIN DE PODER SUBIR A LA PLATAFORMA TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 6.2. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE A TRAVES DE LA PLATAFORMA COMPRANET SE HABILITARAN LOS PARAMETROS PARA REALIZAR LA CARGA DE LOS REQUISITOS COPRRESPONDIENTES AL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION
599383	DEWIMED SA	OTROS	COMPRANET	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS HABILITE MÁS ESPACIO EN EL ÁREA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, ESTO CON EL FIN DE PODER SUBIR A LA PLATAFORMA TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES.
599384	DEWIMED SA	OTROS	COMPRANET	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS HABILITE EL APARTADO ECONÓMICO, CON EL FIN DE PODER SUBIR EL ANEXO 14 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ¿ SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE A TRAVES DE LA PLATAFORMA COMPRANET SE HABILITARAN LOS PARAMETROS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PARA REALIZAR LA CARGA DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES AL NUMERAL 6.3.2 PROPOSICION ECONOMICA Y EL ANEXO 14
599385	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 6.1 INCISO E	PREGUNTA: DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL NO FOLIAR LAS PROPUESTAS NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LAS MISMAS POR TRATARSE DE UNA LICITACION ELECTRÓNICA YA QUE NO ES POSIBLE QUE SE EXTRAVIE NINGUN DOCUMENTO ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES SU CORRECTA SU APRECIACION
599386	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 6.2 INCISO 9 Y 20.	PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE QUE NO APLIQUE ESTE PUNTO SE PODRA PRESENTAR EL ANEXO 6 Y 15 RESPECTIVAMENTE CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
599387	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 3.4 Y NUMERAL5 DEL ANEXO 1 "ANEXO 1 TÉCNICO"	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE UN DIA MAS PARA REALIZAR LA VISITA ANTES DE QUE SE PRESENTE LA APERTURA DE PROPUESTAS, DE CUALQUIERA DE LAS PARTIDAS QUE SE REQUIERE REALIZAR LA VISITA, ESTO DEBIDO QUE NUESTRO PERSONAL ESPECIALIZADO SE ENCONTRABA DE VIAJE EN VARIOS SITIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y LOS TIEMPOS DE PROGRAMACIÓN FUERON MUY RECORTADOS EN LA MISMA CONVOCATORIA Y NO PUDIERON ASISTIR A DICHA VISITA YA QUE LA FINALIDAD DE LA VISITA ES VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPONER Y CONTEMPLAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN ESTA LICITACION, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599388	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 3.4 Y NUMERAL5 DEL ANEXO 1 "ANEXO 1 TÉCNICO"	EN CASO QUE LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, FAVOR DE CONSIDERAR DE ACEPTAR UNA CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL LICITANTE QUE SE COMPROMETE A INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA LA OPTIMA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE	NO SE ACEPTA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		0507		ESTA SEA Y A ENTERA SATISFACCION DEL PERSONAL USUARIO Y ENCARGADO DE VERIFICAR DICHAS INSTALACIONES Y ASI GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y AREAS QUE LO CONFORMAN ¿SE ACEPTA?	
599389	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. FICHA 531.341.2479 - 001R	PUNTO 1.2.4.- ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180 Y -180° O MAYOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAS ESTE PUNTO DE MANERA GRAFICA EN UNA IMAGEN DEL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES, EN LA IMAGEN SE DEMUESTRA PERFECTAMENTE EL PUNTO REQUISITADO ¿SÉ ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR CON UNA IMAGEN SOLO UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LO QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO.
599390	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. FICHA 531.341.2479 - 001R	PUNTO 1.17.- PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA LCD O TFT DE 19" O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA PANTALLA DE 17" LCD A COLOR CON FUNCIONAMIENTO TÁCTIL, ESTO NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO NI LA CALIDAD DIAGNOSTICA DE LAS IMÁGENES, DE IGUAL MANERA LA PANTALLA ES DE ALTA RESOLUCIÓN LO QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SE LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599391	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.1.4.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 0.001 SEGUNDOS O MENOR A 5 SEGUNDOS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS A 4 SEGUNDOS, CONSIDERAMOS QUE ESTE TIEMPO ESTA DENTRO DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS PARA OBTENER IMÁGENES DE CALIDAD DIAGNOSTICA, ADEMÁS DE ESO QUE EL EQUIPO EXCEDE OTROS PARÁMETROS SOLICITADOS COMO LA CORRIENTE, INCLUSIVE CUENTA CON 4 MODOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO QUE ARMONIZAN LA TÉCNICA PARA OTORGAR UN ESTUDIO DE CALIDAD ¿SE ACEPTA?	LA PARTIDA NO CORRESPONDE AL EQUIPO QUE CITA
599392	HEALTHCARE SYSTEMS DE	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD	PUNTO 1.7.1.3.- 14 BITS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE	LA PARTIDA NO CORRESPONDE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0508

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEXICO SA DE CV		RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UN ESTUDIO O WHITE PAPER, DONDE SE EXPLICA QUE LOS MONITORES CON UNA MATRIZ DE IMAGEN DE 1600 X 1200 (2 MEGAPIXELES) CUMPLEN TÉCNICAMENTE CON UNA PROFUNDIDAD DE COLOR DE 16 BITS LO QUE EQUIVALE A 65,536 COLORES, YA QUE LOS MONITORES QUE CUMPLAN CON ESTE CRITERIO SON DE ALTA RESOLUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	AL EQUIPO QUE CITA
599393	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.8.3.- MATRIZ DE 3072 X 3072 PIXELES O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE 2,840 X 2,874 PIXELS, CONSIDERAMOS QUE ESTA RESOLUCIÓN CUMPLE LOS PARÁMETROS PARA ENTREGAR UNA IMAGEN FIEL Y CON ALTO VALOR DIAGNÓSTICOS, ADEMÁS DE ESTO, ADEMÁS DE CUMPLIR LOS VALORES DE TAMAÑO DE PIXEL Y DQE LOS CUALES FAVORECEN A LA CALIDAD DIAGNOSTICA. ¿SE ACEPTA?	LA PARTIDA NO CORRESPONDE AL EQUIPO QUE CITA
599394	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.8.5.- QUE SEA RESISTENTE AL AGUA IPX6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA CARTA DE FABRICA DONDE ESPECIFICA ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	LA PARTIDA NO CORRESPONDE AL EQUIPO QUE CITA
599395	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RENGLON 3 CENTRAL DE MONITO P/ MÚLTIPLES CAMAS (5 MONITORES).531.632.0554 - 001	PUNTO 1.17.17 LA TECNOLOGÍA ACTUAL DE VENTILACIÓN PERMITE EL DESPLIEGUE DE CURVAS Y DATOS NUMEROS DE GASES EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR, CONCENTRANDO TODA LA INFORMACIÓN CLÍNICA NECESARIA DEL PACIENTE QUE LLEGUE A REQUIERIR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. POR ESTA RAZON, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR LA SOLICITUD DEL MÓDULO DE ESPIROMETRICA COMO OPCIONAL, YA QUE SERIA UN GASTO INECESARIO AL OBTENER LA INFORMACION DE LA ESPIROMETRÍA DEL VENTILADOR Y SOLO SE ESTARÍA ENCARECIENDO EL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599396	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO 0509	RENGLON 3 CENTRAL DE MONITO P/ MÚLTIPLES CAMAS (5 MONITORES).531.632.0554 - 001	PUNTO 3.5 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR LOS ACCESORIOS PARA ESPIROMETRIA COMO OPCIONALES., ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599425	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS PARTIDA 32 CENTRIFUGA PARA SEPARACION DE CELULAS	PUNTO 1.6, SE ACEPTA OFERTAR CON 9 PROGRAMAS?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICTADO EN LA CONVOCATORIA
599426	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS PARTIDA 39 REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO	PUNTO 2.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO:13485:2016., LOS FABRICANTES DE ESTOS TIPOS DE REFRIGERADORES CUMPLEN CON ISO:9001, SE ACEPTA PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 9001?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICTADO EN LA CONVOCATORIA
599427	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS PARTIDA 17 REFRIGERADOR DE CADÁVERES	PUNTO 2.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO:13485:2016., LOS FABRICANTES DE ESTOS TIPOS DE REFRIGERADORES CUMPLEN CON ISO:9001, SE ACEPTA PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 9001?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICTADO EN LA CONVOCATORIA
599428	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS PARTIDA 17 REFRIGERADOR DE CADÁVERES	PUNTO 3,1, SE ACEPTA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA NOM241-SSA1-2012?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICTADO EN LA CONVOCATORIA
599446	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS PARTIDA 32 CENTRIFUGA PARA SEPARACION DE CELULAS	PUNTO 2.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO:13485:2016., LOS FABRICANTES DE ESTOS TIPOS DE REFRIGERADORES CUMPLEN CON ISO:9001, SE ACEPTA PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 9001	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICTADO EN LA CONVOCATORIA
599447	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS PARTIDA 40 REFRIGERADOR VERTIVAL PARA LABORATORIO CAP	PUNTO 2.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO:13485:2016., LOS FABRICANTES DE ESTOS TIPOS DE REFRIGERADORES CUMPLEN CON ISO:9001, SE ACEPTA PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 9001?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICTADO EN LA CONVOCATORIA
599479	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	TÉCNICO	VISITA	SOLICTAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE CON TIEMPO EL PLANO DEL AREA EDITABLE, DE TAL MANERA QUE PODAMOS REALIZAR LAS GUIAS MECANICAS Y ENTREGARLAS EN TIEMPO.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599480	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	TÉCNICO	VISITA Y ANEXO PUNTOS 5.3 PAG. 6.11 PAG. 13	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL, CORRERAN POR PARTE DE LA CONVOCANTE Y POR PARTE DEL PROVEEDOR LAS CONEXIONES A LAS ADECUACIONES PLASMADAS	LA UNIDAD HOSPITALARIA ES LA ENCARGADA DE ASEGURAR LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL Y EL PROVEEDOR

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0510

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				EN LA GUÍA MECANICA, TAL COMO SE PLATICO EN LA VISITA	ADJUDICADO LAS CONEXIONES
599491	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO CONSTITUYE MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL UTILIZAR TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LO SOLICITADO Y SE TRATE ÚNICAMENTE DE CUESTIONES DE NOMENCLATURA. SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO	PODRA REFERENCIAR CON LA TERMINOLOGIA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
599492	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE NO PODER REFERENCIAR TEXTUALMENTE UN PUNTO TÉCNICO ES POSIBLE AGREGAR UNA NOTA EN EL ARCHIVO PARA GARANTIZAR QUE SE PUEDA ENTENDER QUE LO SOLICITADO SE ESTÁ CUMPLIENDO DE MANERA EQUIVALENTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE PUEDE AGREGAR NOTA, SE DEBE DEMOSTRAR CON DOCUMENTACION TECNICA
599493	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTOS 1, 2, 3 Y 4	ENTENDEMOS QUE ESTOS PUNTOS SOLO HACEN REFERENCIA A ENCABEZADOS DE LA FICHA, POR LO CUAL NO DEBEN SER REFERENCIADAS EN ALGÚN MANUAL CATÁLOGO O FOLLETO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO UNICAMENTE LOS PUNTOS CITADOS SON ENUNCIADOS, SIN EMBARGO SUS SUBNUMERALES SE DEBEN REFERENCIAR
599494	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.1.4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR IMAGEN ÚNICA, COMO IMAGEN INDIVIDUAL, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599495	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.3.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN, COMO DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599496	SIEMENS HEALTHCARE	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.3.2	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROTACIÓN, COMO	PODRA OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0510

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DIAGNOSTICS S DE RL DE CV		0511	ANGULACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PARA LOS DEMÁS OFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO REPRESENTE LA MISMA CARACTERÍSTICA AL PUNTO SOLICITADO.
599497	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.3.3	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO HORIZONTAL, COMO MOVIMIENTO HORIZONTAL, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA LA MISMA CARACTERÍSTICA QUE SE SOLICITA.
599498	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.3.4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO VERTICAL, COMO DESPLAZAMIENTO VERTICAL, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA LA MISMA CARACTERÍSTICA QUE SE SOLICITA.
599499	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.3.5	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO, COMO INTERVALO DE ROTACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA LA MISMA CARACTERÍSTICA QUE SE SOLICITA.
599500	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.4.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN, COMO PROFUNDIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA	PUEDE REFERENCIAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA LA MISMA CARACTERÍSTICA QUE SE SOLICITA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0512

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	
599501	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PART. 52 PAG. 210 PUNTO 1.4 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL ACCESO AL LADO DERECHO. NO SE ESPECIFICO EN CUAL DE LAS 3 POSICIONES INDICADAS EN LAS VISITA QUEDARÁ INSTALADO	SE RATIFICA QUE EL ACCESO A LOS SERVICIOS SERÁ DEL LADO DERECHO
599502	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PART. 52 PAG. 210 PUNTO 1.9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS INFORME SI DEBEMOS ENTENDER QUE LA TEMPERATUA PUEDE CAER EN EL RANGO DE 100 A 134°C	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599503	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PART. 52 PAG.210 PUNTO 1.12.1 PARA TENER UN GRADO MÁS ALGO DE SEGURIDAD Y AL SER UN EQUIPO DE 2 PUERTAS SOLICITAMOS QUE NOS INDIQUEN SI ADEMÁS DE LA PANTALLA DE CONTROL, REQUERIRA UN BOTÓN DE PARO EN CADA LADO	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599504	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PART. 52 PAG. 211 PUNTO 1.17 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA USAR VENTUY DE AGUA PARA PREVACIO Y POST SECADO YA QUE CONTAMOS CON UN SISTEMA DE AHORRO DE AGUA DEL 99%	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599505	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PART 52 PAG. 211 PUNTO 2.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON EL HECHO QUE SEAN DE LA MISMA MARCA ES SUFICIENTE	NO, SE REFIERE A QUE LA SELLADORA , SELLE PAPEL PARA ESTERILIZADOR DE VAPOR
599506	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PART. 52 PAG. 211 PUNTO 5.4 AL PROPORCIONAR Y RESPETAR LAS GUÍAS MECANICAS LOS MISMOS PANELES DEL EQUIPO CUBREN LOS ESPACIOS ENTRE EL EQUIPO Y EL ÁREA ¿AUN ASI SE REQUIERE COLOCAR LAS HOJAS DE ACERO?	SI, SE DEBE COLOCAR LAS HOJAS DE ACERO NECESARIAS PARA CUBERIR EL ESPACIO Y EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA, DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE SELLADO
599521	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.10	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CONSOLA DE CONTROL MÓVIL, COMO, CARRO PORTA MONITORES, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO	PUEDE REFERENCIAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA LA MISMA CARACTERÍSTICA QUE SE SOLICITA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	
599522	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO 0513	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.10.1	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR DOS PANTALLAS CON TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, CON MEDIDA DE 21" +/- 2" LAS CUALES PERMITE UNA UNIFORMIDAD DEL BRILLO QUE SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE PARA UNA IMPRESIÓN DE IMAGEN MÁS EQUILIBRADA Y UNIFORME, ASÍ COMO EL AJUSTE AUTOMATICO EN FUNCIÓN DE LA LUZ AMBIENTAL Y UN RECUBRIMIENTO ANTIRREFLENAJTE DE VIDRIO, OFERTANDO ASÍ PANTALLAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR DOS PANTALLAS DE 19 PULGADAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN PREFERENTE LCD O TFT TACTIL O FULL HD DE 4K
599523	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.10.1	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE FORMA CLINICA Y TÉCNICA EL PORQUE OFERTAR UNA PANTALLA DE 21" +/- 2" NO ES ACEPTADO, PUESTO QUE ESTA MEDIDA ES UN ESTANDAR EN MONITORES Y ES SUFICIENTE PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS IMAGENES , FOMENTANDO LO QUE RIGE LA LEY DE ADQUISIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASÍ COMO LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA,DONDE SE ESTABLECE DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA, GARANTIZANDO QUE DICHOS PROCEDIMIENTOS SE REALICEN EN UN MARCO DE COMPETENCIA JUSTA Y TRANSPARENTE.	LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA
599524	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.10.3.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS (PUEDE SER EN DVD O CD O MEMORIA EXTERNA USB), COMO, UNIDAD DE DVD PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	0514
599525	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.10.1.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RESOLUCIÓN, COMO, VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
599526	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.12	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PODER OFERTAR ADQUISICIÓN O ALMACENAMIENTO DE 25 PULSOS/SEG. O MAYOR, DADO QUE ESTO NO AFECTA DE FORMA CLÍNICA NI TÉCNICA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
599527	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.14	ENTENDEMOS QUE CUANTIFICACIÓN VASCULAR HACE REFERENCIA A ANGIOGRAFÍA POR SUSTRACCIÓN CON VISUALIZACIÓN VASCULAR ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
599528	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.14	EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE ES LO QUE REQUIERE PARA LA TERMINOLOGÍA CUANTIFICACIÓN VASCULAR CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN FORMATO DICOM	NO APLICA
599529	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29 , PUNTO 1.14	ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBE CONTAR CON UNA UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN EL EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES Y EL INTERCAMBIO DE DATOS FUERA DE LÍNEA EN FORMATOS DICOM ¿ ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
599530	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	1. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.2 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 64 CORTES RECONSTRUIDOS POR ROTACIÓN (EN UN GIRO DE 360 GRADOS) A 0.33 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599531	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	2. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.11 DE LA PARTIDA 54, NOS CONFIRME QUE EL OFERTAR UNA TECNOLOGÍA DE TOMOGRAFÍA DE 64 CORTES QUE BRINDE 15.1% LÍNEAS PAR POR CENTÍMETRO MEDIDAS AL 2% MTF NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA YA QUE, EN SITUACIONES CLÍNICAS TÍPICAS, LA PERCEPCIÓN VISUAL HUMANA DE LA RESOLUCIÓN ESPACIAL EN IMÁGENES DE TC TIENE SU LÍMITE ENTRE EL 5 Y EL 10% DE MTF. ("THE 10% VALUE (...) IS AN INDICATION OF THE MAXIMUM DETECTABLE SPATIAL FREQUENCY." FRIEDMAN ET AL, HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/23635277/, SECTION III.A ON PAGE 051907-5.) TODO LO QUE ESTÉ POR DEBAJO, INCLUIDO EL 2% DE MTF Y EL 0% DE MTF, NO PUEDE PERCIBIRSE VISUALMENTE Y, POR TANTO, NO APORTA NINGÚN BENEFICIO CLÍNICO. ADEMÁS, EL 0% DE MTF PUEDE INCLUSO NO SER REPRODUCIBLE MEDIANTE MEDICIONES DE FANTOMAS, YA QUE LAS CURVAS PUEDEN TENER UN DESPLAZAMIENTO Y NO LLEGAR NUNCA A CERO. TANTO EL VALOR MTF DEL 0% COMO EL VALOR DE CORTE MTF NO SON UNA BUENA ESPECIFICACIÓN PARA COMPARAR EL RENDIMIENTO (CLÍNICO) DE LOS SISTEMAS DE TC. EN CAMBIO, EL VALOR MTF DEL 2% OFRECE UNA ALTERNATIVA PARA OBTENER MEDIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS Y REPRODUCIBLES DE LA RESOLUCIÓN DE ALTO CONTRASTE, MIENTRAS QUE EL NÚMERO MTF CLÍNICAMENTE RELEVANTE SE SITÚA EN EL 10% MTF O SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN ESPACIAL VISUALMENTE PERCEPTIBLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599532	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	3. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.4 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN DISCO DURO DE 960 GB SSD EN LA ELECTRÓNICA DEL EQUIPO, Y DE MANERA COMPLEMENTARIA UN DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1TB, EXCEDIENDO ASÍ LA CAPACIDAD SOLICITADA Y MANTENIENDO UNA MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA 0516
599533	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	4. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.1 DE LA PARTIDA 54, NOS CONFIRME QUE SE REFIERE CON DESPLIEGUE DE IMAGEN A MATRIZ DE DESPLIEGUE ACORDE A PARÁMETROS DE RESOLUCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ATIENDA EL PUNTO 1.12.3 DE LA FICHA TÉCNICA
599534	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	5. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.5 DE LA PARTIDA 54,NOS PERMITA SUMINISTRAR UN QUEMADOR EXTERNO DE CD/DVD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599535	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	6. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.27 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UNA CARTA DE FÁBRICA PARA JUSTIFICAR ESTE PUNTO. ESTO SE DEBE A QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA NO ESTÁ DESCRITA EN NUESTRA HOJA DE ESPECIFICACIONES. ¿SE ACEPTA ESTA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS, UNA CARACTERISTICA DE LA FICHA TECNICA
599536	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 18, NO. 19, NO. 20 Y NO. 21.	PARA TODOS LOS PUNTOS. PREGUNTA: CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL PRESENTAR PROPUESTAS TÉCNICAS CON TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599537	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO: PUNTO 1.2.- SISTEMA CON AL MENOS 4,700,000 CANALES DIGITALES. PREGUNTA: CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4,128,768 MILLONES DE CANALES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599538	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO: 2.1.3.- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE. CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S SE DEBERÁ OFERTAR EN EL TRANSDUCTOR CONVEXO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1.2., QUE ES EL ADECUADO PARA ESTA APLICACIÓN, YA QUE NO EXISTE EN EL MERCADO UN TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO QUE REALICE ESTUDIOS DE HÍGADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 2.1.3. SE DEBERÁ OFERTAR TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION 1 "SISTEMA ECOGRAFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599539	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO: 2.1.7- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE. PREGUNTA: LA SOLICITUD DE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO SE REPITE EN 3 OCASIONES EN LOS PUNTOS 2.1.3., 2.1.4., Y 2.1.7., POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION 1 "SISTEMA ECOGRAFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ESTOS TRES PUNTOS SE DEBERA OFERTAR 1 SOLO TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, ¿ES CORRECTO?	0518
599540	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO	PUNTO: 1.7.- SISTEMA CON FORMACIÓN DE HACES ACÚSTICOS DE AL MENOS 4.5 MILLONES DE CANALES TOTALMENTE DIGITALES. PREGUNTA: CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4,128,768 MILLONES DE CANALES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERTANTES.
599541	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO: 1.2.1.- SISTEMA CON AL MENOS 4,700,000 CANALES DIGITALES. PREGUNTA: CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4,128,768 MILLONES DE CANALES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMTANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599542	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO 0519	PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO: 2.1.3.- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE. CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S SE DEBERÁ OFERTAR EN EL TRANSDUCTOR CONVEXO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1.2., QUE ES EL ADECUADO PARA ESTA APLICACIÓN, YA QUE NO EXISTE EN EL MERCADO UN TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO QUE REALICE ESTUDIOS DE HÍGADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 2.1.3. SE DEBERÁ OFERTAR TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION 1 "ELASTOGRAFO ULTRASONICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599543	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO: 2.1.7- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE. PREGUNTA: LA SOLICITUD DE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO SE REPITE EN 3 OCASIONES EN LOS PUNTOS 2.1.3., 2.1.4., Y 2.1.7., POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS TRES PUNTOS SE DEBERA OFERTAR 1 SOLO TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION 1 "ELASTOGRAFO ULTRASONICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599544	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.2.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO CON UN ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 122 KHU, EL CUAL DEBIDO A SU EFICIENCIA Y BAJO CALENTAMIENTO ES SUFICIENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y COMPROBAR SU EQUIVALENCIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599545	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.2.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TUBO CON GIRO DE 165 A -165 GRADOS, LO CUAL AL SER UN EQUIPO CON BRAZO CONTRAPESADO, CUMPLE CON EL MOVIMIENTO NECESARIO PARA REALIZAR TODAS LAS TOMAS NECESARIAS EN UN AMBIENTE CLÍNICO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0520
599546	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.3.2	ENTENDEMOS QUE LA MEMORIA PARA IMÁGENES PUEDE INCLUIRSE EN LA UNIDAD (EQUIPO) Y QUE LAS IMÁGENES SE DEBEN ENVIAR DE FORMA INALÁMBRICA DEL DETECTOR A LA UNIDAD (EQUIPO). LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL DETECTOR INALÁMBRICO ES UN ACCESORIO DEL EQUIPO Y NO CUENTA CON DISCO DURO EN SU ESTRUCTURA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA MEMORIA INTERNA DEBE INCLUIRSE EN EL EQUIPO Y EL DETECTOR DEBE SER ALAMBRICO
599547	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONTROL REMOTO INALÁMBRICO YA QUE SE TRATA DE UNA MEJORA TECNOLÓGICA SOBRE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA EL CONTROL DEBE SER ALAMBRICO
599548	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.17	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA TOUCH DE 17", LO CUAL NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599549	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.1.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO AL TÉRMINO: "FLUOROSCOPIA CONTINUA", MEDIANTE EL TÉRMINO "FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA VELOCIDAD A 30 P/S". NUESTRA ESCOPIA DE ALTA VELOCIDAD DE 30 PULSOS POR SEGUNDO ES EQUIVALENTE A LA FLUOROSCOPIA CONTINUA POR SU ALTA VELOCIDAD, LA CUAL EL OJO HUMANO PERCIBE COMO CONTINUA. ADICIONALMENTE ES UNA MEJORA TECNOLÓGICA YA QUE SE DISMINUYE LA DOSIS AL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599550	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.4.4.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE POR TEMAS DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL, NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LAS DIMENSIONES DEL ÁREA RADIOTRANSPARENTE EN CM, LA CUAL EN NUESTRO SISTEMA ES DE 201CM X 53.5 CM. POR LO TANTO NUESTRA COBERTURA LONGITUDINAL DEL PACIENTE ES DE 201 CM, SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599551	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.6.1	AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL Y DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU INFORMACIÓN TÉCNICA NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLCITADO MEDIANTE LO SIGUIENTE: FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA: 30, 15, 10, 7.5 O 3 P/S, MATRIZ DE 12-BIT (30 P/S A ZOOM 0 Y 2) Y PARA LAS SERIES DFR(FLUORORRADIOGRAFÍA DIGITAL) Y DSA (ANGIOGRAFÍA DIGITAL SUSTRAÍDA) CON MATRIZ 1K X 1K O 1420 X 1436/12-BIT: 0.5, 1, 2, 4 O 8 I/S (I/S: IMÁGENES/SEGUNDO). ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR, SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE SU EQUIVALENCIA
599552	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.7.1.1	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MONITORES DE ALTO CONTRASTE A COLOR DE 19 PULGADAS, YA QUE ESTOS SON APTOS PARA FLUOROSCOPIA Y NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599553	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.7.1.3	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MONITORES DE ALTO CONTRASTE A COLOR DE 19 PULGADAS Y 10 BITS, YA QUE ESTOS SON APTOS PARA FLUOROSCOPIA Y NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599554	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.8.3	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DETECTOR CON MATRIZ DE 2840 X 2874 YA QUE CADA CASA COMERCIAL MANEJA SU CADENA DE IMAGEN PARTICULAR, CON LA COMBINACIÓN DE PARAMETROS Y CARACTERISTICAS ÓPTIMA	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PARA OBTENER LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN POSIBLE ¿SE ACEPTA?	0522
599555	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.8.5	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DETECTOR CON PROTECCIÓN PARA LIQUIDOS IPX0, YA QUE EL DETECTOR ES FIJO DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA MESA Y ESTÁ CUBIERTO POR AMBOS LADOS POR LA MISMA. POR LO TANTO NO HAY CASO PRÁCTICO BAJO EL CUAL EL DETECTOR TENDRÍA CONTACTO CON AGUA U OTROS FLUIDOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599556	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.5.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TUBO DISIPACIÓN MÁXIMA DEL ÁNODO DE 40,500 HU/MIN, EL CUAL DEBIDO A SU EFICIENCIA Y BAJO CALENTAMIENTO ES SUFICIENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y DEBERA COMPROBAR SU EQUIVALENCIA
599557	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.5.6	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTE DATO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS, UNA CARACTERISTICA DE LA FICHA TECNICA
599558	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.5.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ÁNODO DE 8520 RPM A 9300 RPM, YA QUE ESTO NO AFECTA EN LO ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599559	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.6,7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA NO CONTIENE ESTE DATO. NUESTRO VALOR DE DQE A 5 LP/MM ES DE 40%, LO CUAL SUPERA	NO SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS, UNA CARACTERISTICA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			0523	SIGNIFICATIVAMENTE LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	DE LA FICHA TECNICA
599560	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.7.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE ROTACIÓN DEL BRAZO DE -180 GRADOS A +180 GRADOS, YA QUE CON ESTA ANGULACIÓN SE CUBREN LOS 360 GRADOS DE CIRCUNFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599561	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.10.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR FUERZA DE COMPRESIÓN DE 50 N A 200 N, LO CUAL SUPERA EL RANGO TOTAL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599562	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.19.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA NO CONTIENE ESTE DATO ESPECÍFICO AL SER BASADO EN UNA NOM MÉXICANA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS, UNA CARACTERISTICA DE LA FICHA TECNICA
599563	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 3.2	ENTENDEMOS QUE EL TÉRMINO "HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES" SE REFIERE A QUE LA CONSOLA DEL OPERADOR DEL MASTOGRAFO CONTENGA UNA UNIDAD DE GRABADO DE IMÁGENES EN DISCO CON VISUALIZADOR DICOM INTEGRADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
599564	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.7.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TUBO DISIPACIÓN MÁXIMA DEL ÁNODO DE 40,500 HU/MIN, EL CUAL DEBIDO A SU EFICIENCIA Y BAJO CALENTAMIENTO ES SUFICIENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599565	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.7.6	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTE DATO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE	NO SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS, UNA CARACTERISTICA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				NUESTRA LITERATURA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	DE LA FICHA TECNICA 0524
599566	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.7.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ÁNODO DE 8520 RPM A 9300 RPM, YA QUE ESTO NO AFECTA EN LO ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599567	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.8.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA NO CONTIENE ESTE DATO. NUESTRO VALOR DE DQE A 5 LP/MM ES DE 40%, LO CUAL SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS, UNA CARACTERISTICA DE LA FICHA TECNICA
599568	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.9.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE ROTACIÓN DEL BRAZO DE -180 GRADOS A +180 GRADOS, YA QUE CON ESTA ANGULACIÓN SE CUBREN LOS 360 GRADOS DE CIRCUNFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599569	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.12.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR FUERZA DE COMPRESIÓN DE 50 N A 200 N, LO CUAL SUPERA EL RANGO TOTAL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599570	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.22.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA NO CONTIENE ESTE DATO ESPECÍFICO AL SER BASADO EN UNA NOM MÉXICANA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS, UNA CARACTERISTICA DE LA FICHA TECNICA
599571	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 2.2	ENTENDEMOS QUE SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO MEDIANTE UNA UNIDAD DE GRABACIÓN DE DISCOS QUE PERMITA INCLUIR UN VISUALIZADOR DICOM EN EL MISMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE UN ROBOT QUEMADOR EXTRA A LA UNIDAD DE

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0525				GRABACIÓN DE DISCO
599572	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 3.2	ENTENDEMOS QUE EL TÉRMINO "HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES" SE REFIERE A QUE LA CONSOLA DEL OPERADOR DEL MASTOGRAFO CONTENGA UNA UNIDAD DE GRABADO DE IMÁGENES EN DISCO CON VISUALIZADOR DICOM INTEGRADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
599573	MAINEQ DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PTO.6.1 PROPUESTA TECNICA ELECTRONICA.	SOLICITAN QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOSEN EL APARTADO II DE LA DOCUMENTACIÓN TECNICA DEBERAN PRESENTARSE EN FORMATO PDF CON FIRMA DIGITALIZADA E HIPERVINCULADOS EN EL DOCUMENTO EN EXCEL EDITABLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA CARPETA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA GENERAR LAS LIGAS CORRESPONDIENTES A LOS HIPERVINCULOS DEBERA SER GENERADA EN NUESTRA PAGINA WEB O BIEN EN ALGUN SITIO DE ALMACENAMIENTO GRATUITO LLAMESE (GOGGLE DRIVE, DROPBOX, ONE DRIVE) FAVOR DE ACLARAR	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599574	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1 ELABORACION DE LAS PROPOSICIONES	INCISO B. ES CORRECTO ENTENDER QUE LO SOLICITADO EN EL INCISO DE REFERENCIA UNICAMENTE DEBE SER INDICADO EN LOS ESCRITOS QUE ELABORADOS POR EL LICITANTE Y NO ASI LOS EXPEDIDOS POR TERCEROS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
599575	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.	NUMERAL 9. ANEXO 6 MIPYME ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO QUE EL PUNTO DE REFERENCIA NO NOS APLIQUE, SE PRESENTARA EL ANEXO 6 CON LEYENDA NO APLICA EN MARCA DE AGUA, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599576	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 6	6. PROPUESTA TECNICA 6.1 ANEXO 19 Y ANEXO 1.2 FICHA TECNICA ELECTRONICA. DE ACUERDO AL MANUAL DE COMPRANET, SE INDICA EN EL NUMERAL XXII.I.I CAPTURA DE REQUERIMIENTOS, QUE NO SE PUEDE REALIZAR LA CARGA DE ARCHIVOS EN FORMATO .ZIP .RAR U OTRO FORMATO DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS, ASI MISMO NO PUEDEN SUBIRSE CARPETAS AL SISTEMA COMPRANET, UNICAMENTE DOCUMENTOS ELECTRONICOS; MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MANERA EN LA QUE SE DEBEN CARGAR LOS ARCHIVOS HIPERVINCULADOS, YA QUE EN LA NOTA1 DEL NUMERAL DE REFERENCIA SE RECOMIENDA LA ORGANIZACION DE LA INFORMACION POR CARPETAS, PERO ESTA OPCION NO ES VIABLE CONFORME A LO INDICADO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 0526
599577	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 6	6. PROPUESTA TECNICA 6.1 ANEXO 19 Y ANEXO 1.2 FICHA TECNICA ELECTRONICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MANERA PARA PODER SUBIR ARCHIVO CON HIPERVINCULOS, YA QUE DENTRO DEL MANUAL DE COMPRANET NO SE LOCALIZA EL PROCESO PARA SUBIR ESTE TIPO DE ARHIVOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599578	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 6	6. PROPUESTA TECNICA 6.1 ANEXO 19 Y ANEXO 1.2 FICHA TECNICA ELECTRONICA. AL REALIZAR UN HIPERVINCULO ENTENDEMOS QUE ESTE SE DIRECCIONA HACIA UNA PAGINA EXTERNA DEL PORTAL COMPRANET; NOS PUEDEN ACLARAR O CONFIRMAR SI ES CORRECTO	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599579	BIODIST S.A. DE C.V. 0527	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 6	6. PROPUESTA TECNICA 6.1 ANEXO 19 Y ANEXO 1.2 FICHA TECNICA ELECTRONICA. EL MANEJO DE LA PLATAFORMA COMPRANET ASEGURA A CADA LICITANTE Y LA CONVOCANTE LA TRANSPARENCIA EN LA PARTICIPACION DE CONCURSOS Y LA SEGURIDAD DE LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, ASI COMO GARANTIZAR CUMPLIR CON EL TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME COMO ASEGURARAN LA CONFIABILIDAD DE ESA OTRO PAGINA EXTERNA Y/O PORTAL EXTERNO Y SOBRE TODO COMO SE GARANTIZARA QUE NO SE CORROMPA EL MANEJO DE LA INFORMACION?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599580	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 6	6. PROPUESTA TECNICA 6.1 ANEXO 19 Y ANEXO 1.2 FICHA TECNICA ELECTRONICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE PROPOCIONARA UNA LIGA ESPECIAL Y/O O USUARIO(S) DE LA SECRETARIA DONDE PUEDA SUBIRSE Y VISUALIZARSE LOS ARCHIVOS HIPERVINCULADOS, PARA ASI ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599586	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTAR AL MENOS 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y A FUTURO HASTA 64 PACIENTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CONECTAR 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599587	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.3.- MONITOREO CENTRAL CON DOS PANTALLAS TÁCTILES DE 24" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD TFT O SUPERIOR, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CUYO SOFTWARE CONCUERDA CON LA MARCA DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ESTO SIN QUE INTERFIERA CON LA CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD DE LOS MONITORES DE SINGOS VITALES OFERTADOS, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA 0528
599588	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.7.- ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS DE HASTA 30 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599589	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.9.- CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 10 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599590	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.10.- CAPTURA, REVISIÓN DE DATOS Y VISUALIZACIÓN COMPLETA DE 10 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CAPTURAR, REVISAR Y VSUALIZAR DATOS COMPLETOS HASTA POR 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
0529				TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	
599591	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.17.7.2.- FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DE ACUERDO CON SU SOLICITUD DE ACCESORIOS PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO PUNTO "2.5.- CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS (2 UNIDADES)." NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE MÍNIMO DE HASTA 7 DERIVACIONES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599592	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTAR AL MENOS 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y A FUTURO HASTA 64 PACIENTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CONECTAR 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
599593	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.3.- MONITOREO CENTRAL CON DOS PANTALLAS TÁCTILES DE 24" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD TFT O SUPERIOR, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CUYO SOFTWARE CONCUERDA CON LA MARCA DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ESTO SIN QUE INTERFIERA CON LA CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD DE LOS MONITORES DE SINGOS VITALES OFERTADOS, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0530

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599594	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.7.- ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS DE HASTA 30 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599595	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.9.- CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 10 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599596	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.10.- CAPTURA, REVISIÓN DE DATOS Y VISUALIZACIÓN COMPLETA DE 10 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CAPTURAR, REVISAR Y VSUALIZAR DATOS COMPLETOS HASTA POR 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599597	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	1.17.7.2.- FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DE ACUERDO CON SU SOLICITUD DE ACCESORIOS PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO PUNTO "2.5.- CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS (2 UNIDADES)." NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE MÍNIMO DE HASTA 7	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
0531				DERIVACIONES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	
599598	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	3.4.3.- FRECUENCIA DE MUESTREO DE 60,000 HZ O MAYOR POR CANAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EXPRESAR ESTE VALOR EN LA UNIDAD S/DIV, PARA CUMPLIR DICHO PUNTO, ACOMPAÑÁNDOLO DE SU RESPECTIVA COMPROBACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA EQUIVALENTE.
599599	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	3.4.3.- FRECUENCIA DE MUESTREO DE 60,000 HZ O MAYOR POR CANAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE QUE ACLARE QUE CUMPLEN CON ESE VALOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA EQUIVALENTE.
599600	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	20.1. ELECTRODOS DESECHABLES DE AGUJA MONOPOLAR CON FILAMENTO DE ACERO INOXIDABLE Y RECUBIERTA DE TEFLÓN AL MENOS 4 MEDIDAS DIFERENTES EN EL RANGO DE 25MM A 75MM DE LARGO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LAS CANTIDADES POR MEDIDA DE CADA ELECTRODO SOLICITADAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	DEBERA INCLUIR 20 ELECTRODOS DE CADA MEDIDA
599601	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	20.2. ELECTRODOS (AGUJAS) CONCÉNTRICOS DE AL MENOS 4 MEDIDAS DIFERENTES EN EL RANGO DE 25MM A 75MM DE LARGO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LAS CANTIDADES POR MEDIDA DE CADA ELECTRODO SOLICITADAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	DEBERA INCLUIR 20 ELECTRODOS DE CADA MEDIDA
599602	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	20.3. ELECTRODOS (AGUJAS) DE FIBRA ÚNICA (ÚNICAMENTE PARA ESTUDIOS DE PACIENTES CON MIASTENIA GRAVIS). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LAS CANTIDADES POR MEDIDA DE	DEBERA INCLUIR 20 ELECTRODOS DE CADA MEDIDA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CADA ELECTRODO SOLICITADAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	0532
599603	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	20.4. ESPONJAS PARA AUDÍFONOS DE INSERCIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LAS CANTIDADES POR MEDIDA DE CADA ELECTRODO SOLICITADAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	DEBERA INCLUIR 20 ESPONJAS
599604	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	20.5. PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTRODOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LAS CANTIDADES POR MEDIDA DE CADA ELECTRODO SOLICITADAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	DEBERA INCLUIR 3 PASTAS CONDUCTIVAS
599605	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	20.6. PASTA ABRASIVA PARA PIEL DEL PACIENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LAS CANTIDADES POR MEDIDA DE CADA ELECTRODO SOLICITADAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	DEBERA INCLUIR 3 PASTAS ABRASIVAS
599606	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	20.7. PAPEL PARA IMPRESORA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LAS CANTIDADES POR MEDIDA DE CADA ELECTRODO SOLICITADAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	DEBERÁ INCLUIR 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA
599607	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	20.8. TÓNER PARA IMPRESORA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LAS CANTIDADES POR MEDIDA DE CADA ELECTRODO SOLICITADAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	DEBE INCLUIR AL MENOS 2 TONER
599608	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2 INCISO 21 MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 16)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS RATIFIQUE QUE, EL CITADO ANEXO 16 ES SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SERA CAUSAL PARA DESECHAR NUESTRA PROPUESTA EL NO INCLUIRLO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 21, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SIN REQUISITAR NINGUN DATO.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599609	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2 INCISO 23 MODELO DE REQUISITO PARA EL TRÁMITE DE PAGO (ANEXO 18)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS RATIFIQUE QUE, EL CITADO ANEXO 18 ES SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SERA CAUSAL PARA DESECHAR NUESTRA PROPUESTA EL NO INCLUIRLO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 23, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL ESCRITO DE LOS REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, SIN REQUISITAR NINGUN DATO.
599610	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2 INCISO 18 MODELO DE CONTRATO ANEXO 12	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS RATIFIQUE QUE, EL CITADO ANEXO 12 ES SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SERA CAUSAL PARA DESECHAR NUESTRA PROPUESTA EL NO INCLUIRLO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 18, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE CONTRATO, SIN REQUISITAR NINGUN DATO.
599611	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.2.5. CON AL MENOS DOS CAJONES PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CAJON CON CERRADURA, EL CUÁL CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE GUARDAR OPTIMAMENTE EL MATERIAL ESCENCIAL DE LOS USUARIOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599612	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.4.8.- VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN. PARA ESTE PUNTO SE ENTIENE QUE SE REFIERE A LA VALVULA DE	ES CORRECTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LIBERACION DE PRESION, ES CORRECTO ? 0534	
599613	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.5.4.1.2.- CONTROL DE AJUSTE DE PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 12 A 100 CMH2O. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA CON PRESION LIMITE DE 10 A 80 CMH2O , LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS PARAMATEROS FISIOLOGICOS EN PACIENTES NEONATALES , PEDIATRICOS Y ADULTOS Y QUE NO REPRESENTAN RIESGO DE DAÑO POR BARATRUMA O VOLUTRAUMA, SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599614	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.5.4.5.- VENTILACIÓN POR PRESIÓN CON VOLUMEN GARANTIZADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "AUTOFLOW" , DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA PROPIA DE LA MARCA, SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIARLO SIMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
599615	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.5.12.- PARÁMETROS DE VENTILACIÓN: MONITORIZADOS MEDIANTE MÓDULO INSERTABLE Y DESPLEGADOS NUMÉRICA O GRÁFICAMENTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARAMETROS DE VENTILACION MONITORIZADOS MEDIANTE MODULO INTERCONSTRUIDOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE FABRICANTE , YA QUE LA CARACTERISTICA QUE SOLICITA ES PROPIA DE CIERTAS MARCAS DEL MERCADO, SE ACEPT?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599616	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.5.12.11.- DESPLIEGUE DE CONSUMO DE AGENTE ANESTESICO Y CÁLCULO DE COSTO POR HORA. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION , SOLICIATMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA CON DESPLIEGUE DE CONSUMO DE AGENTE ANESTESICO Y OFERTAR DE FORMA OPCIONAL EL CALCULO DE COSTO POR HORA , YA QUE ESTO CARACTERISTICA PROPIA DE UNA MARCA Y	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0535			LIMITARIA LA PARTICIPACION , SE ACEPTA?	
599617	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.7.- VAPORIZADORES DIGITALES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA:. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VAPORIZADORES DIGITALES O DE ARRASTE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA EL FABRICANTE , YA QUE ESTA CARACTERISTICA ES PROPIA DE UNA MARCA Y ESTARIA LIMITANDO LA PARTIPACION , SE ACEOTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599618	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.7.1.2.- CONTROLADOS ELECTRÓNICAMENTE DESDE LA PANTALLA DEL EQUIPO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CONTROL ELECTRONICO DESDE LA PANTALLA O CONTROL DESDE EL DIAL DE VAPORIZADOR DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE , YA QUE ESTA CARACTERISTICA ES PROPIA DE UNA MARCA Y ESTARIA LIMITANDO LA PARTIPACION , SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599619	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.8.1.2.-SOPORTE DE PARED. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE PUNTO , YA QUE AL SER UN SISTEMA DE ANESTESIA NO NECESITA TENER UN SOPORTE DE PARED PARA LA MONITORIZACION HEMODINAMICA DEL PACIENTE.	NO SE REQUIERE SOPORTE DE PARED
599620	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.8.3.2.- TAMAÑO MÍNIMO DE 15 PULGADAS. SOLICTAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA CON 8" YA QUE AL TENER UNA PANTALLA ESCLAVO DE 21" NO NOCESITARIA ESTE TAMAÑO DE PANTALLA , SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE QUE SE INCLUYA EL MONITOR ESCLAVO DE 21"

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599621	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 6	6. PROPUESTA TECNICA 6.1 ANEXO 19 Y ANEXO 1.2 FICHA TECNICA ELECTRONICA. EN EL CASO QUE SE DEBA ACCEDER A ALGUN TIPO DE LIGA ESPECIAL Y ESTA NOS DIRECCIONE A ALGUNA NUBE PARA LA CARGA DE INFORMACION, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NOMBRE DE LA NUBE A UTILIZAR PARA NO GENERAR UN CONFLICTO CON LOS ACCESOS A LA SECRETARIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 0536
599622	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 6	6. PROPUESTA TECNICA 6.1 ANEXO 19 Y ANEXO 1.2 FICHA TECNICA ELECTRONICA. AL SUBIR INFORMACION A ALGUNA NUBE Y/ O LINK EXTERNO PARA COLOCAR LA INFORMACION, Y PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COLOCAR CONTRASEÑAPARA EL ACCESO A ESTA. ¿SE ACEPTA?	ATENDER PRECISION 4 HIPERVINCULOS
599623	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 6	6. PROPUESTA TECNICA 6.1 ANEXO 19 Y ANEXO 1.2 FICHA TECNICA ELECTRONICA. LA HIPERVICULACION QUE SE SOLICITA EN EL ANEXO TECNICO DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO ES COMUN EN UN PROCEDIMIENTO LICITATORIO MOTIVO POR EL CUAL NO SE TIENE LA CERTEZA QUE FUNCIONE UN HIPERVINCULACION SIN QUE SE ROMPA LA LIGA PARA VISUALIZAR LOS DOCUMENTOS OBJETO DE EVALUACION, DE QUE MANERA SE PUEDE ASEGURAR A LOS LICITANTES QUE LA INFORMACION ENVIADA PUEDA SER VISUALIZADA CORRECTAMENTE POR LA CONVOCANTE, YA QUE COMO SE INDICA EN SU ANEXO LA SECRETARIA NO SE HACE RESPONSABLE DE NO PODER ABRIR LOS ARCHIVOS, YA QUE AL NO SER UN PROCESO NORMAL DE COMPRANET NO SE TIENE LA CERTEZA Y SEGURIDAD DE QUE LA PROPUESTA SEA DESCARGADA CORRECTAMENTE.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599624	BIODIST S.A. DE C.V. 0537 0560	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 6	6. PROPUESTA TECNICA 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE TENGA CERTEZA DEL CUMPLIMIENTO Y LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR FEHACIENTEMENTE SU CAPACIDAD FINANCIERA Y EXPERIENCIA COMO INTEGRADOR EN SERVICIOS MÉDICOS A SECTOR SALUD EN: LA ENTREGA Y MANEJO DE INSTRUMENTAL E INSUMOS MÉDICOS; ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS MÉDICOS; CAPACITACIÓN EN EL USO DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTAL E INSUMOS; ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SOPORTE EN LÍNEA LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS AL AÑO, APOYOS SOLIDARIOS Y DE LARGO PLAZO CON FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CALIDAD Y PRESTIGIO EN EL MERCADO; CADENA DE SUMINISTRO CON CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DEBIDAMENTE REGISTRADOS Y AVALADOS POR LA COFEPRIS, SISTEMA DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN CON UNIDADES DE TRANSPORTE ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA LA TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA SALUD EN TIEMPO Y FORMA. POR LO ANTES EXPUESTO: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA CONSIDERAR LA ENTREGA DE CONTRATOS DE SERVICIO MÉDICO INTEGRAL CELEBRADOS CON EL SECTOR PÚBLICO DE SALUD, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599625	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 5	5. VISITAS A LA UNIDAD HOSPITALARIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE Y DERIVADO DE LA VISITA A INSTALACIONES, NOS PROPORCIONE PLANOS ARQUITECTONICOS CON ACOTACIONES, PARA PODER CONSIDERAR LAS GUIAS MECANICAS Y ELECTRICAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 0538
599626	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SE DEBERA INCLUIR AL MENOS UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA EN FORMATO PDF DE LOS BIENES DE LAS PARTIDAS QUE ESTA OFERTANDO QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO Y/O PROVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERIODO NO MAYOR A 3 AÑOS, ASI COMO UNA CARTA DE LIBERACION DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA DERIVADO DE QUE NO TODAS LAS FACTURAS CONTRATOS O PEDIDOS CONTIENEN TODOS LOS EQUIPOS QUE EN ESTE PROCEDIMIENTO SOLICITAN Y/O QUE SE ESTAN OFERTANDO ASI COMO QUE EL OBJETO DE ÈSTE PROCEDIMIENTO ES LA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" Y PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACION SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS QUE SE PRESENTEN CONTENGAN AL MENOS UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE ESTAN OFERTANDO (EQUIPOS DE MEDICION, LABORATORIO, IMAGENOLOGIA, ETC). FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599627	BIODIST S.A. DE C.V. 0539	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.20 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	SOLICITAN ENTREGAR EN CASO DE SER ADJUDICADO, LA CANTIDAD DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DESCRITOS EN EL ANEXO 1.2 "FICHA TECNICA", LOS CUALES DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO ASI COMO DE LA MISMA MARCA. MUCHAS DE LAS VECES LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SUELEN NO SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, POR LO QUE SOLICITO SE PERMITA ENTREGAR LOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE LA MARCA OFERTADA PARA ELLOS MISMOS EN CADA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN COMPATIBLES CON EL EQUIPO OFERTADO
599628	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	1.4.1.- CON ALTURA AJUSTABLE VARIABLE DE 80 CM. O MENOR A 95 CM. O MAYOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ÚNICAMENTE ACEPTE EQUIPOS CON ALTURA AJUSTABLE VARIABLE DE 50CM O MENOR A 100CM. O MAYOR, ESTA CARACTERÍSTICA SUPERIOR PERMITIRÁ UNA MAYOR MANIOBRABILIDAD DEL EQUIPO LO QUE A SU VEZ AGILIZARÁ LOS FLUJOS DE TRABAJO PERMITIENDO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS DE UNA MANERA MÁS EFICAZ. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
599629	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	1.4.3.- CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 180 KG. O MAYOR EN BÚSQUEDA DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO A PACIENTES BARIÁTRICOS O DE OBESIDAD MÓRBIDA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLO ACEPTEN MESAS CON SOPORTE DE PESO DE 320 KG O MAYOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
599630	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	1.10.-DISTANCIA FOCO-PELÍCULA VARIABLE DE 150 CM. O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ÚNICAMENTE ACEPTE EQUIPOS CON UNA DISTANCIA FOCO-PELÍCULA VARIABLE DE 180 CM. O MAYOR, ESTA DISTANCIA SID PERMITIRÁ REALIZAR ESTUDIOS EN LA MESA SIN LA NECESIDAD DE UN BUCK DE PARED, COMO POR EJEMPLO LOS ESTUDIOS: TELE RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y LATERAL DE SILLA TURCA. LA	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DISTANCIA DE 150CM REQUERIDA POR LA CONVOCANTE RESTRINGE LA REALIZACIÓN DE ESTOS MISMOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	0540
599631	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	1.8.3.- MATRIZ DE 3072 X 3072 PIXELES O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR DETECTORES CON MATRIZ DE 2874 X 2840 PIXELES O MAYOR, ESTA LIGERA DIFERENCIA NO REPRESENTA UN IMPACTO NEGATIVO PARA LA CALIDAD DE LA IMAGEN, DADO QUE PASA POR UN PROCESAMIENTO FRACCIONAL MULTIESCALA, LO QUE DISMINUYE LOS RUIDOS Y ARTEFACTOS EN LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599632	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	1.8.5.- QUE SEA RESISTENTE AL AGUA IPX6 DADO QUE EL DETECTOR SE MANTIENE FIJO AL BUCKY DEL EQUIPO, LA PROTECCIÓN SOLICITADA SE VUELVE IRRELEVANTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON PROTECCIÓN IPX0, ESTO PERMITIRÁ UNA PARTICIPACIÓN MÁS AMPLIA DE LAS EMPRESAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SUGERENCIA?	NO SE ACEPTA
599633	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	14. MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS.	1.5.1.- ÁNODO ROTATORIO BIFOCAL DE MO, RH O W (MOLIBDENO, RODIO O TUNGSTENO).ENTENDEMOS QUE EL TERMINO BIFOCAL, SE REFIERE A QUE EL ANODO ESTE COMPUESTO POR DOS ELEMENTOS INCLUYENDO ALGUN ELEMENTO DE LOS MENCIONADOS , ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A QUE DEBE TENER DOS FOCOS DE DIFERENTE DIAMETRO, QUE PUEDE SER DE CUALQUIERA DE LOS MATERIALES MENCIONADOS O UNA COMBINACIÓN DE ELLOS.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599634	BIODIST S.A. DE C.V. 0541	TÉCNICO	14. MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS.	1.5.7.- RANGO DE VELOCIDAD DEL ÁNODO DE 8,520 RPM O MAYOR A 9,500 RPM O MAYOR. ENTENDEMOS QUE ES VALIDO REFERENCIAR LA EQUIVALENCIA DE ROTACIÓN EN HZ, ES DECIR 180HZ = 10,800 RPM EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
599635	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	29. RAYOS X CON FLUOROSCOPIA TIPO ARCO EN C.	1.1.2.- KV DE 40 O MENOR A 125 O MAYOR PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN KV MÁXIMO DE 120KV, EL CUAL ES SUFICIENTE POR LA ALTA SENSIBILIDAD DEL DETECTOR, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
599636	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	29. RAYOS X CON FLUOROSCOPIA TIPO ARCO EN C.	1.1.3.- CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O CONTINUA DE 3 MA. O MENOR A 200 MA. O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 100 MA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599637	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	53. MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS.	1.7.1.- ÁNODO ROTATORIO BIFOCAL DE MO, RH O W (MOLIBDENO, RODIO O TUNGSTENO). ENTENDEMOS QUE EL TERMINO BIFOCAL, SE REFIERE A QUE EL ANODO ESTE COMPUESTO POR DOS ELEMENTOS INCLUYENDO ALGUN ELEMENTO DE LOS MENCIONADOS , ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A QUE DEBE TENER DOS FOCOS DE DIFERENTE DIAMETRO, QUE PUEDE SER DE CUALQUIERA DE LOS MATERIALES MENCIONADOS O UNA COMBINACIÓN DE ELLOS.
599638	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	53. MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS.	1.7.7.- RANGO DE VELOCIDAD DEL ÁNODO DE 8,520 RPM A 9,500 RPM O MAYOR. ENTENDEMOS QUE ES VALIDO REFERENCIAR LA EQUIVALENCIA DE ROTACIÓN EN HZ, ES DECIR 180HZ = 10,800 RPM EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
599639	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	54. TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 64 CORTES.	1.12.2.- DOS MONITORES CON PANTALLA PLANA O LCD A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 21" O MAYOR (INDICAR MARCA Y MODELO) COMO MEJORA TECNOLOGICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 24" CON MATRIZ DE 1920 X 1200 PIXELES GRADO MÉDICO PARA RADIOLOGÍA EN LA CONSOLA DEL OPERADOR, YA QUE EN EL MISMO MONITOR SE PUEDEN MOSTRAR	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				HASTA 3 VISUALIZADORES ¿SE ACEPTA?	0542
599640	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	54. TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 64 CORTES.	1.13.1.- DOS PANTALLAS PLANAS TFT O LCD A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 21" O MAYOR (INDICAR MARCA Y MODELO) COMO MEJORA TECNOLOGICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 24" CON MATRIZ DE 1920 X 1200 PIXÉLES EN LA CONSOLA DE POSTPROCESO CON OPCIÓN A INTEGRAR UN SEGUNDO MONITOR A FUTURO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599641	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	54. TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 64 CORTES.	1.13.1.- DOS PANTALLAS PLANAS TFT O LCD A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 21" O MAYOR (INDICAR MARCA Y MODELO) COMO MEJORA TECNOLOGICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 24" CON MATRIZ DE 1920 X 1200 PIXÉLES EN LA CONSOLA DE POSTPROCESO CON OPCIÓN A INTEGRAR UN SEGUNDO MONITOR A FUTURO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599642	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 33 - MICROSCOPIO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO., DEL APARTADO DE ACCESORIOS PUNTO 2.1 PORTA ESPECÍMENES Y 2.2. DISCOS PORTABLOQUES. ¿PUDIERAN ESPECIFICAR CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE CADA UNO DE ESTOS ACCESORIOS?	EL USO DEPENDE DEL TEJIDO (TAMAÑO) PORTA ESPECIMENES SE UTILIZAN PARA SOSTENER Y ALMACENAR MUESTRAS BIOLÓGICAS EN CONGELACIÓN, DISCOS PORTABLOQUES SE UTILIZA PARA OBSERVAR OBJETOS OPACOS O DEMASIADO GRANDE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599643	BIODIST S.A. DE C.V. 0543	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 33 - MICROSCOPIO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO., DEL APARTADO DE CONSUMIBLES PUNTOS 3.5 SOPORTE DE MUESTRAS ESTÁNDAR Y 3.6 SOPORTE DE MUESTRAS PARA BIOPSIAS ¿PUDIERAN ESPECIFICAR CUAL ES LA MEDIDA QUE DEBE DE TENER CADA UNO DE ESTOS?	LOS CRIOSTATOS MANEJAN PLATINAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE MUESTRAS. ALGUNOS DE ELLOS SON SOPORTE DE MUESTRAS ESTANDAR (55X45MM) SOPORTE DE MUESTRAS PARA BIOPSIA (PLATINA EN CRIOSTATO) ES DE 1.5 A 1.2CM DE DIAMETRO EN GENERAL.
599644	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.6 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA A "VOLUMEN DE RECIPIENTES DE REACTIVOS DE 450 ML COMO MÍNIMO" SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR UN VOLUMEN POR RECIPIENTE DE REACTIVOS DE 380 ML, YA QUE ES UN VOLUMEN MAS QUE SUFICIENTE PARA PERMITIR EL CUBRIR EN SU TOTALIDAD EL TAMAÑO DE LA LAMINILLA PERMITIENDO ASÍ UNA TINCIÓN UNIFORMA A LA VEZ QUE PERMITE DISMINUIR EL CONSUMO DE REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599645	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.13 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA A "DIMENSIONES NO MAYORES A 130 X 80 X 80 CM" SE SOLICITA PUEDA ACEPTARSE UN EQUIPO CON MEDIDAS 135.4 X 78.5 X 61.5 CM CON TAPA CERRADA Y 135.4 X 78.5 X 106 CM CON LA TAPA ABIERTA, TODA VEZ QUE ES UN INSTRUMENTO DE MAYORES DIMENSIONES PORQUE PROPORCIONA UN MAYOR NUMERO DE RECIPIENTES DE REACTIVO Y ESTACIONES DE SECADO QUE LAS SOLICITADAS ASI COMO DOS BRAZOS ROBÓTICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL LABORATORIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0544
599646	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.14 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA A "PESO MÁXIMO DE 160 KG" SE SOLICITA PUEDA ACEPTARSE UN EQUIPO CON UN PESO DE 165 KG, TODA VEZ QUE ES UN INSTRUMENTO DE MAYORES DIMENSIONES PORQUE PROPORCIONA UN MAYOR NÚMERO DE RECIPIENTES DE REACTIVO Y ESTACIONES DE SECADO QUE LAS SOLICITADAS ASÍ COMO DOS BRAZOS ROBÓTICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL LABORATORIO Y ESTAS VENTAJAS HACEN QUE SU PESO SEA UN POCO MAYOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599647	BIODIST S.A. DE C.V. 0545	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.15.5 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA AL EQUIPO MONTADOR DE CUBREOBJETOS, SOLICITANDO ESTE PUEDA "TRABAJAR CON CUBREOBJETOS HÚMEDOS O SECOS" ¿PUEDE ACLARAR A QUE SE REFIERE CON CUBREOBJETOS HÚMEDOS Y EN SU CASO QUE SUSTANCIA O REACTIVO ES USADO PARA HUMEDECERLOS?	EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE USAR SUBRE OBJETOS DE VIDRIO, APARTE DE LA SUSTANCIA QUE UTILICE PARA CUBRIR LA LAMINILLA, LA CUAL EN LA MAYOR PARTE ES EL XILOL
599648	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.15.7 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA AL EQUIPO MONTADOR DE CUBREOBJETOS, SOLICITANDO ESTE CUENTE CON LA "POSIBILIDAD DE TRABAJAR CON CUBREOBJETOS DE DISTINTAS MEDIDAS CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 24 X 40" SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TRABAJE CON CUBREOBJETOS DE 24X50 TODA VEZ QUE ES LA MEDIDA ESTÁNDAR QUE PERMITE CUBRIR EN SU TOTALIDAD LAS DIFERENTES MUESTRAS Y CON LA CUAL SE GARANTIZA UN RESULTADO OPTIMO EN SU MONTAJE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599649	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.15.8 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA AL EQUIPO MONTADOR DE CUBREOBJETOS, SOLICITANDO ESTE CUENTE CON "RECIPIENTE DEL MEDIO DE MONTAJE CON VOLUMEN MÍNIMO DE 250 ML" SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE ATIENDA AL VOLUMEN SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				UN EQUIPO QUE UTILICE BOTELLAS DE MEDIO DE MONTAJE QUE RINDAN HASTA 2100 LAMINILLAS. ¿SE ACEPTA?	0546
599650	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, DEL APARTADO DE CONSUMIBLES PUNTO 3.2.2 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA A ENTREGAR "CUATRO PAQUETES DE CUBREOBJETOS DE TRES DIFERENTES TAMAÑOS" SE SOLICITA QUE EN DADO CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PERMITA ENTREGAR LOS PAQUETES DE CUBREOBJETOS SOLICITADOS DE LA MEDIDA 24X50 TODA VEZ QUE EL INSTRUMENTO OFERTADO SON LOS CUBREOBJETOS QUE UTILIZA PARA GARANTIZAR EL RESULTADO OPTIMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599651	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 41 - SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN, DE PORTAOBJETOS DIGITALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES, REFERENTE AL PUNTO 1.1.1 "LOS RESULTADOS SON PROCESADOS Y ALMACENADOS EN EL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES" ACLARAR ¿DE QUÉ CAPACIDAD DEBE SER EL SERVIDOR REQUERIDO?	AL MENOS LA CAPACIDAD DE CADA SERVIDOR DEBERA SER DE 9TB DE 36 GB DE MEMORIA RAM CON OPCION DE CRECIMIENTO EN ALMACENAMIENTO Y MEMORIA RAM

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599652	BIODIST S.A. DE C.V. 0547	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 41 - SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN, DE PORTAOBJETOS DIGITALES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES, REFERENTE AL PUNTO 1.1.4 "RESOLUCIÓN DE 0.25 MICRAS POR PIXEL" ¿SE PERMITE OFERTAR EQUIPO QUE TENGA UNA RESOLUCIÓN DE 0.26 MICRAS POR PIXEL?	SE ACEPTA SOLO SI EL EQUIPO OFERTADO ES DE USO CLINICO
599653	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REFERENTE A LA PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES EN PARAFINA, RESPECTO AL PUNTO 1.3 MOVIMIENTO VERTICAL DE LA MUESTRA DE 60 MM COMO MINIMO, ¿SE PERMITE OFERTAR EQUIPO CON UNA CARRERA VERTICAL DE 59 MM?	SE ACEPTA
599654	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 1 BAÑO PARA FLOTACION	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REFERENTE A LA PARTIDA 31 BAÑO PARA FLOTACIO RESPECTO AL PUNTO 1.2 CAPACIDAD DE AL MENOS 3.5 LITROS, ¿SE PERMITE OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS DE AGUA?	NO SE ACEPTA
599655	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REFERENTE A LA PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA, RESPECTO AL PUNTO 1.3 PLACA FRIA CON TEMPERTURA DE -10°C O MENOR, ¿SE PERMITE OFERTAR EQUIPO CON UNA TEMPERATURA DE -6°C?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599656	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA.	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, ESTO SIN AFECTAR LOS RESULTADOS CLÍNICOS: 32 SEGUNDOS A 40X (ÁREA DE 15MM * 15MM) 450 LAMINILLAS CON AUTOENFOQUE 0.26 ¿M/PIXEL A 40X PARA LA IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN; 13 µM/PIXEL PARA LA IMAGEN DE PREVISUALIZACIÓN DATA MATRIX, CÓDIGO 39, CÓDIGO 128, NW7, QR CODE, INTERLEAVED 2 OF 5, PDF417, MICROPDF417 CONECTIVIDAD RJ45 CON CABLE ETHERNET PARA 1GBPS. LA INTERFAZ USB ESTÁ EN EL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES SE DESPLIEGA EN LA PANTALLA DE LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES SE PERMITE EN LA PANTALLA DE LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES SI SE REFIERE A LA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA Y ALINEADA DE DOS LAMINILLAS QUE PERMITA LA EXPLORACIÓN A DETALLE DE AMBAS DE MANERA SINCRONIZADA, SÍ ES POSIBLE HERRAMIENTAS PRESENTES EN LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES HERRAMIENTAS PRESENTES EN LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES HERRAMIENTAS PRESENTES EN LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES HERRAMIENTAS PRESENTES EN LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0548

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0549			SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES HERRAMIENTAS PRESENTES EN LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES SE PERMITE EN LA PANTALLA DE LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES	
599657	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES. 1.2.4 ENTENDEMOS QUE ESTO SE REFIERE A LA INCORPORACIÓN DE ALGORITMOS QUE REALICEN CONTEOS DE NÚCLEO, CITOPLASMA O MEMBRANA EN TINCIONES DE INMUNOHISTOQUÍMICA. ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO? _____ SI LO ANTERIOR ES CORRECTO, ACLARAMOS QUE ESTA FUNCIÓN ES DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ALGORITMOS INCORPORADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES. SE ACEPTA QUE ESTA FUNCIONALIDAD SE ESPECIFIQUE EN EL NUMERAL 1.2?	0550
599658	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA .	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES. 1.2.1 LAS BUENAS PRÁCTICAS EN PATOLOGÍA DIGITAL INDICAN QUE LA INTEGRACIÓN CON EL HIS LA HACE ÚNICAMENTE EL LIS, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA INTEGRACIÓN SEA ÚNICAMENTE CON EL LIS. EL LIS A SU VEZ ES EL QUE SE INTEGRA CON EL HIS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599659	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA.	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.2.4 ENTENDEMOS QUE ESTO SE REFIERE A LA INCORPORACIÓN DE ALGORITMOS QUE REALICEN CONTEOS DE NÚCLEO, CITOPLASMA O MEMBRANA EN TINCIONES DE INMUNOHISTOQUÍMICA. ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	ES CORRECTO
599660	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES. 1.2.9 ESTA FUNCIONALIDAD ES MÁS DE SISTEMA DE TRAZABILIDAD QUE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE IMAGEN, POR LO QUE PROPONEMOS QUE ESTO LO REALICE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599661	BIODIST S.A. DE C.V. 0551	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES. 1.2.10 ESTA FUNCIONALIDAD SE ENTIENDE COMO QUE SE REALIZA UNA IMPRESIÓN FÍSICA DE IMÁGENES. EL OBJETIVO DE UN SISTEMA DE PATOLOGÍA DIGITAL ES CONTAR CON IMÁGENES DIGITALES, SIN NECESIDAD DE IMPRIMIR. ALTERNATIVAMENTE, PODRÍA ENTENDERSE COMO LA POSIBILIDAD DE ADJUNTAR PARCIALIDADES DE LA IMAGEN AL INFORME, Y QUE ÉSTE SE PUEDA IMPRIMIR. AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ESTE PUNTO	DEBE PERMITIR ENVIAR LAS IMAGENES A UN DISPOSITIVO EXTERNO Y TAMBIÉN DEBE PERMITIR LA IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS.
599662	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES. 1.3.8 CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERE MANEJAR COMO INVENTARIO?	SE REFIEREN AL MANEJO DE INVENTARIOS CON AL MENOS LOS SIGUIENTES DATOS: LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, MARCA, CATALOGO, LOTE, FECHA DE CADUCIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD TOTAL Y PROVEEDOR. EL SISTEMA DEBE INFORMAR AL MENOS LOS INSUMOS PROXIMOS A CADUCAR, LOS INSUMOS DE NULO Y LENTO MOVIMIENTO.
599663	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES. 1.3.9.1 ESTAS ESPECIFICACIONES SE REFIEREN A LAS ESTACIONES DE TRABAJO? LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ESTACIÓN DE TRABAJO SON VARIABLES EN EL TIEMPO. SE ACEPTA UNA ESTACIÓN DE TRABAJO CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES O MEJORES?	ES CORRECTO, SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599664	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES. 1.3.9.2 SE CUENTA CON LOS NODOS EN LOS 10 PUNTOS? EN CASO DE QUE NO, LA CONVOCANTE ES LA ENCARGADA DE ASEGURAR QUE EXISTAN DICHOS NODOS?	LA UNIDAD HOSPITALARIA ES LA ENCARGADA DE ASEGURAR QUE EXISTAN DICHOS NODOS 0552
599678	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.21.1 CON DESPLIEGUE DE AGUJA EN PANTALLA (BODYMAP) O RUTA DE AGUJA DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A LA VISUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE AGUJA Y MARCAS CORPORALES PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTO?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
599679	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.1.6 DICE...TRANSDUCTOR SECTORIAL DE BANDA ANCHA... SOLICTAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR COMO TRANSDUCTOR DE ARREGLO EN FASE, SECTORIAL DE BANDA ANCHA DE ACUERDO A LAS TERMINOLOGÍAS QUE MANEJA EL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS DE RANGO DE FRECUENCIA DE 1MHZ A 5MHZ PARA APLICACIONES DE ABDOMEN Y APLICACIONES CARDIACAS EN ADULTO, LO CUAL SUPERA A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599680	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.3 IMPRESORA B/W Y A COLOR. ENTENDEMOS EN ESTE PUNTO QUE DEBEMOS OFERTAR UNA IMPRESORA A COLOR CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR EN BLANCO Y NEGRO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
599681	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.8.6.7.3.- AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERATR AJUTE MANUAL ESTO CONE FIN DE TENER MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD EN LOS AJUSTES DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599682	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO 0553	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.9	PARTIDA 8. CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR UAN GUÍA MECÁNICA CORRESPONDIENTE A LA SALA DESTINADA PARA LA INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE LA UNIDAD O DE LAS SALAS DESTINO. ¿SE ACEPTA?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599683	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.9	PARTIDA 10. CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR UAN GUÍA MECÁNICA CORRESPONDIENTE A LA SALA DESTINADA PARA LA INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE OPERACIÇON MANUAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE LA UNIDAD O DE LAS SALAS DESTINO ¿SE ACEPTA?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599684	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 6.3.1. Y ANEXO 19.	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LOS HIPERVÍNCULOS QUE SE SOLICITAN EN DICHO ANEXO SE PODRÁN PRESENTAR POR MEDIO DE UN DRIVE QUE SEA PÚBLICO PARA SU CONSULTA. ¿ES CORRECTO?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599685	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 5.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS PLANOS DE LAS ÁREAS DONDE SERÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 11, 12, 13, 15, 51, 52 Y 55 Y ASÍ PODER REALIZAR LAS GUÍAS MECÁNICAS DE ACUERDO AL ÁREA FINAL CON TODAS LAS MEDIDAS, SUMINISTROS Y DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599686	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 6.3.2.2.2.	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE SOLO APLICA PARA LAS PARTIDAS DE MOBILIARIO MÉDICO? ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, ESTE CERTIFICADO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE PARA LAS PARTIDAS CLASIFICADAS COMO MOBILIARIO MEDICO DE ACUERDO AL ANEXO 1.1 DEL ANEXO TÉCNICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599687	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 6.11.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE DE QUE MANERA Y EN QUE FORMATO SE DEBERÁ DE COTIZAR LAS ADECUACIONES AL ÁREA QUE SEAN NECESARIAS YA QUE ESTE NUMERAL MENCIONA QUE SE DEBERÁN DE COTIZAR DE FORMA INDEPENDIENTE A LOS EQUIPOS. FAVOR DE ACLARAR. 0554	LA CONVOCANTE ACLARA QUE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ COTIZAR EL EQUIPO DESCRITO EN EL ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS", SIN CONSIDERAR ALGUNA COTIZACIÓN RELACIONADA CON LAS ADECUACIONES A LAS ÁREAS.
599688	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 6.14, PUNTO 4.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE NOS PERMITA ENTREGAR UNA ORDEN DE SERVICIO DONDE SE MENCIONE EL INGENIERO QUE PRESTÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS SIMILARES DE LOS QUE SE ESTÁN OFERTADO. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA
599689	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11	PARTIDA 11 LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA REFERENCIA: 1.10.3.- INDICADOR VISUAL DE CICLO DE PASTEURIZACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN ESTE PUNTO SE PERMITA OFERTAR INDICADOR VISUAL DE CICLO DE PASTEURIZACIÓN O DESINFECCIÓN, AL IGUAL COMO LO INDICAN LOS PUNTOS 1.3, 1.9, 1.10.1 Y 1.10.2. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599690	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PARTIDA 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA REFERENCIA: 1.1.- DIMENSIONES EXTERNAS DE 1 ,067 X 2,032 X 787 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LAVADORA DESCONTAMINADORA CON DIMENSIONES EXTERNAS DE 662 X 1985 X 712 MM, CON UN DISEÑO ULTRA COMPACTO OPTIMIZANDO EL ESPACIO DEL ÁREA DONDE SERÁ INSTALADA LA LAVADORA, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DIMENSIONES MÁXIMAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE FICHA.	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE DIMENSIONES DEL ±10%

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0555			¿SE ACEPTA?	
599691	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PARTIDA 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA REFERENCIA: 1.2.- DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE 673 X 667 X 660 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR LAVADORA CON DIMENSIONES DE CÁMARA DE 550 X 690 X 625 MM CON UNA CAPACIDAD DE CÁMARA DE 256 LITROS, EQUIPADA PARA USAR RACK DE CARGA DE 12 CESTAS DIN, EL EQUIPO OFERTADO NO SUPERA LAS DIMENSIONES MÁXIMAS DE CÁMARA DE LA PRESENTE FICHA TÉCNICA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE DIMENSIONES DEL ±10%
599692	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PARTIDA 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA REFERENCIA: 1.3.2.- PUERTA ACTIVADA NEUMÁTICAMENTE POR MEDIO DE UNA PANTALLA DE CONTROL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PUERTA DESLIZABLE VERTICALMENTE ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO CONECTADO A CADENAS PARA SU MOVIMIENTO, SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN COMPRESOR DE AIRE, SIENDO ASÍ UNA MEJORA TECNOLÓGICA PARA LA INSTITUCIÓN Y EL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DÉL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0556

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599693	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PARTIDA 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA REFERENCIA: 1.4.- BOMBA DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE VELOCIDAD CON CAPACIDAD EQUIVALENTE A 7.5 HP EN ALTA VELOCIDAD CON UN GASTO DE 910 1/MIN Y A 2.0 HP EN BAJA VELOCIDAD CON UN GASTO DE 341 1/MIN A 7.6 M. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR BOMBA DE LAVADO CON CAPACIDAD DE 295 L/MIN, COMO PARTE DEL SISTEMA DE AHORRO DE AGUA, ADEMÁS REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA PARA LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599694	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PARTIDA 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA REFERENCIA: 1.5.- El MOTOR DE LA BOMBA DEBERÁ ESTAR EQUIPADO CON MARCO ANTI-GOTEO, ARRANCADOR MAGNÉTICO, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y JUNTAS SELLADAS QUE NO REQUIERAN LUBRICACIÓN PERIÓDICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MOTOR DE LIBRE DE MANTENIMIENTO, SIN ESCOBILLAS DE CARBÓN EL CUAL ES UN MOTOR CON EMPAQUES ANTIGOTEO, ASÍ MISMO CUENTA CON UN ARRANCADOR MAGNÉTICO CON PROTECCIÓN CONTA SOBRECARGAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599695	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PARTIDA 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA REFERENCIA: 1.10.- MANGUERAS DE 30 M DE LONGITUD PARA CONECTAR LAS BOMBAS A LOS TENEDORES DE IOS DETERGENTES. CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LA REDACCIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR MANGUERAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE DEBIDO A QUE CADA MARCA TIENE DIFERENTES MEDIDAS EN LONGITUDES DE	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
.	0557			MANGUERAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE FICHA. ¿SE ACEPTA?	
599696	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PARTIDA 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA REFERENCIA: 1.31.- BATERÍA PARA RESPALDAR TODOS LOS DATOS DE LOS CICLOS HASTA POR 1 0 AÑOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1000 CICLOS, ADEMÁS DE LA FUNCIÓN DE DESCARGAR LA TOTALIDAD DE LOS CICLOS REALIZADOS MEDIANTE UN PUERTO USB Y ASÍ GUARDARLOS Y VISUALIZARLOS EN CUALQUIER DISPOSITIVO DE CÓMPUTO, MEJORANDO LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN AL ÁREA USUARIA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599697	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PARTIDA 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA REFERENCIA: 1.35.- IMPRESORA DE IMPACTO PARA ALMACENAR TODOS LOS DATOS DE LOS CICLOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE IMPRESORA TÉRMICA YA QUE ESTA TECNOLOGÍA NO REQUIERE CARTUCHOS DE TINTA, SIENDO QUE LA IMPRESORA DE IMPACTO SI REQUIERE DICHOS CARTUCHOS PARA SU FUNCIONAMIENTO LO CUAL GENERA UN GASTO EXTRA PARA LA INSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE NUESTROS EQUIPOS CUENTAN CON LA FUNCIÓN DE DESCARGAR LOS CICLOS POR MEDIO DE PUERTO USB Y PODER VISUALIZAR LOS CICLOS EN CUALQUIER	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DISPOSITIVO MÓVIL. ¿SE ACEPTA?	0558
599698	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PARTIDA 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA REFERENCIA: 5.1- VOLTAJE ELÉCTRICO: 480V AC, 3 FASES, 60 HZ. DEBIDO A QUE EL VOLTAJE ELÉCTRICO SOLICITADO ES EUROPEO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR VOLTAJE ELÉCTRICO DE 220V AC, 3 FASES, 60 HZ, DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS ESTÁN DISEÑADOS PARA FUNCIONAR CON VOLTAJE EN MÉXICO DE 220 V Y FRECUENCIA DE 60 HZ. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599699	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PARTIDA 13 LAVADORA ULTRASÓNICA REFERENCIA: 1.13.- TRANSDUCTOR DE AL MENOS 38 KHZ. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TRANSDUCTORES DE FRECUENCIA HF: 35 KHZ, PARA REALIZAR LA VIBRACIÓN ULTRASÓNICA, NO AFECTANDO SU OPERACIÓN A LA HORA DE REALIZAR EL PROCESO DE LAVADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599700	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV 0559	TÉCNICO	PARTIDA 51	PARTIDA 51 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO REFERENCIA: 1.1.- DIMENSIONES EXTERNAS 0.80M (±10%) * 1.0M (±10%) * 1.70M (O MAYOR): CON BASE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CON DIMENSIONES EXTERNAS DE 900 X 1120 X 1864 MM, DANDO CUMPLIMIENTO AL VOLUMEN ÚTIL COMO MÍNIMO DEL CÁMARA SOLICITADO EN LA PRESENTE FICHA DADO QUE LAS DIMENSIONES DE CADA PARTICIPANTE SON DISTINTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE DIMENSIONES DEL ±10%
599701	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51	PARTIDA 51 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO REFERENCIA: 1.1.2.- DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE 0.4M X 0.34 M X 0.75M COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CON DIMENSIONES DE CÁMARA DE 363 X 335 X 972 MM CON UN VOLUMEN DE CÁMARA DE 148 LITROS, CUMPLIENDO Y REBASANDO EL VOLUMEN ÚTIL DE LA CÁMARA DE 100 LITROS COMO MÍNIMO SOLICITADO EN LA PRESENTE FICHA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE DIMENSIONES DEL ±10%

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599702	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51	PARTIDA 51 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO REFERENCIA: 1.8.- FILTROS HEPA, QUE PURIFICAN EL AIRE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR FILTRO DE AIRE ESTÉRIL DE IGUALACIÓN, DEBIDO A QUE AL IGUAL QUE LOS FILTROS HEPA, LOS FILTROS DE AIRE ESTÉRIL, SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES FILTRAR EL AIRE NO PERMITIENDO EL PASO DE AGENTES CONTAMINANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES 0560
599703	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51	PARTIDA 51 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO REFERENCIA: 3.1.- CASSETTES DE AGENTE ESTERILIZANTE AL 58%. (10 CARTUCHOS). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR SOLUCIÓN ESTERILIZANTE EN BOTELLA DE POLIETILENO (HDPE) DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, CON UNA CONCENTRACIÓN DE H2O2 AL 59%, CON CAPACIDAD DE 180 ML PARA 18 CICLOS. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599704	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51	PARTIDA 51 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO REFERENCIA: 3.6.- SISTEMA ADAPTADOR-ACELERADOR PARA INSTRUMENTOS CON LÚMENES LARGOS (SI APLICA). EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA POR MI REPRESENTADA NO REQUIERA DICHO SISTEMA ADAPTADOR, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ REFERENCIAR CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599705	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV 0561 0020	TÉCNICO	PARTIDA 52	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO REFERENCIA: TIEMPO DE ENTREGA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTA PARTIDA UN TIEMPO DE ENTREGA DE 120 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, DEBIDO AL TIEMPO DE FABRICACIÓN EN FÁBRICA (ESPAÑA), EL TRASLADO MARÍTIMO Y TIEMPOS DE ADUANA, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599706	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO REFERENCIA: 1.2.- DIMENSIONES EXTERNAS NO MAYORES A 1420 X 1450 X 2261 MM (ANCHO, PROFUNDO, ALTO). DEBIDO A QUE CADA PARTICIPANTE CUENTA CON TECNOLOGÍAS DIFERENTES, POR LO TANTO, LAS DIMENSIONES VARÍAN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PERMITAN OFERTAR DIMENSIONES EXTERNAS: 996 X 1336 X 1954 MM, CON VOLUMEN DE CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN DE 445 LITROS, DANDO CUMPLIMIENTO A LA CAPACIDAD DE 440 LITROS ±10%. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599707	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO REFERENCIA: 1.12.- PANTALLA GRÁFICA DIGITAL DE MÍNIMO 7 PULGADAS, EN AMBOS LADOS. UNO HACIA EL ÁREA GRIS Y UNO HACIA EL ÁREA BLANCA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PANTALLA TÁCTIL A COLOR LA CUAL POSEE UN DISPLAY GRÁFICO TFT EN COLOR DE 5,7", E ILUMINACIÓN DE FONDO, ADEMÁS DE CONTAR CON UN PANEL FRONTAL RETROILUMINADO EL CUAL INCORPORA UNA SERIE DE ICONOS INDICADORES, DE GRAN VISIBILIDAD QUE PERMITEN CONOCER EN TODO MOMENTO EL ESTADO EN EL QUE SE	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ENCUENTRA EL EQUIPO, E INDICA LOS RIESGOS EXISTENTES, ASÍ COMO EL ESTADO DEL CICLO. ¿SE ACEPTA?	0562
599708	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO REFERENCIA: 1.12.3.4.7.- A1 MENOS UN CICLO DE ESTERILIZACIÓN CONFIGURABLE POR EL USUARIO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PROGRAMAS PERSONALIZABLES ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL TIEMPO EN LA FASE DE SECADO, DEBIDO A QUE LOS ESTERILIZADORES INCORPORAN PROGRAMAS CON PARÁMETROS FIJOS DE ACUERDO A LA NORMA EN 285, LA CUAL MARCA LOS CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR EL VAPOR PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA ESTERILIZACIÓN, DICHOS VALORES NO SE PUEDE MODIFICAR, YA QUE DE LO CONTRARIO NO ESTARÍA ASEGURANDO LA DESTRUCCIÓN COMPLETA DE TODAS LAS FORMAS DE VIDA PRESENTES EN LOS OBJETOS, MATERIALES O INSTRUMENTAL DENTRO DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599721	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.1. MONITOR LED DE ALTA RESOLUCIÓN Y ALTO CONTRASTE DE 21 PULGADAS O MAYOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO MONITOR LED DE PANTALLA ANCHA DE 21.5 PULGADAS FULL HD, YA QUE	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0563			SUPERA LO SOLICTIADO EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	
599722	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO PUNTO 2.1.3	TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE HIGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ESTE PUNTO, YA QUE LAS APLICACIONES PARA ESTE TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO SON REFERENTES A UROLOGÍA Y GINECOLOGÍA NO ABDOMINALES PARA ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE COMO SE INDICA EN LA FICHA TÉCNICA, DE LO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE EL TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO A OFERTAR DEBERÁ PODER USARSE CON TECNOLOGIA DE ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA O DE ONDA DE CORTE (SW) PARA APLICACIONES EN GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1"ELASTÓGRAFO ULTRASONICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599723	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO PUNTO 2.1.6	DICE...TRANSDUCTOR SECTORIAL DE BANDA ANCHA... SOLICTAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR COMO TRANSDUCTOR DE ARREGLO EN FASE, SECTORIAL DE BANDA ANCHA DE ACUERDO A LAS TERMINOLOGÍAS QUE MANEJA EL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS DE RANGO DE FRECUENCIA DE 1MHZ A 5MHZ PARA APLICACIONES DE ABDOMEN Y APLICACIONES CARDIACAS EN ADULTO, LO CUAL SUPERA A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599724	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO PUNTO 2.3	IMPRESORA B/W Y A COLOR. ENTENDEMOS EN ESTE PUNTO QUE DEBEMOS OFERTAR UNA IMPRESORA A COLOR CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR EN BLANCO Y NEGRO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599725	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO 1.1. MONITOR LED DE ALTA RESOLUCIÓN Y ALTO CONTRASTE DE 21 PULGADAS O MAYOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO MONITOR LED DE PANTALLA ANCHA DE 21.5 PULGADAS FULL HD, YA QUE SUPERA LO SOLICTIADO EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. 0564
599726	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 NUMERAL 6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR EN QUE CASILLA DEL SISTEMA COMPRANET SE DEBERÁ SUBIR LA PROPUESTA TÉCNICA.	SE HABILITARAN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS RESPECTIVOS
599727	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 NUMERAL 6.24	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO ES SUFICIENTE CON PRESENTAR COPIA DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO SELLADO POR COFEPRIS EN EL CUAL SE INDICA LA CLAVE SCIAN 435313, LA CUAL CORRESPONDE A COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (EXCEPTO MUEBLES), DICHA CLAVE SCIAN CORRESPONDE A EMPRESAS COMO DISTRIBUIDOR PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS. ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599728	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	ECONÓMICO	NUMERAL 6.3.2 DE LA CONVOCATORIA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE HABILITAR LA CASILLA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPRANET PARA SUBIR LOS ARCHIVOS SOLICITADOS PARA LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE A TRAVES DE LA PLATAFORMA COMPRANET SE HABILITARAN LOS PARAMETROS PARA REALIZAR LA CARGA DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES AL NUMERAL 6.3.2 PROPOSICION ECONOMICA Y EL ANEXO 14

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599729	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV 0565	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARTIDA 19 ULTRASONOGRAFO PUNTO 1.2	SE ENTIENDE QUE ES POSIBLE OFERTAR UN MONITOR PLANO LCD O LED A COLOR DE 21" O MAYOR DE ALTA RESOLUCIÓN CON BRAZO TOTALMENTE ARTICULABLE QUE PERMITA EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	LA PANTALLA SE DEBE ABATIR
599730	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARTIDA 19 ULTRASONOGRAFO PUNTO 1.3	SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "PANTALLA COMPLETA: AGRANDA LA IMAGEN ECOGRÁFICA HASTA LA PANTALLA COMPLETA", EN EL MONITOR DE 21.5 PULGADAS FULL HD, AL PRESIONAR UN BOTÓN. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL POCENTAJE DE CRECIMIENTO DEPENDE DEL TAMAÑO ESTANDAR DE LA IMAGEN EN DESPLIEGUE NORMAL SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE CADA TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
599731	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARTIDA 19 ULTRASONOGRAFO PUNTO 1.13	EN RELACIÓN CON LA IMAGEN CONVEXO VIRTUAL O WIDESCAN, PARA TRANSDUCTORES CONVEXOS, DE ACUERDO CON SU TECNOLOGÍA PROPIA, SE SOLICITA SE PERMITA REFERENCIAR COMO CAMPO DE VISIÓN EXTENDIDO, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA CON EL PUNTO EN MENCION
599732	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARTIDA 19 ULTRASONOGRAFO PUNTO 1.26	SE ENTIENDE QUE ES POSIBLE OFERTAR "CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO A PROGRAMAS DE ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS CON PROTOCOLOS TOTALMENTE CONFIGURABLES POR EL USUARIO". ASÍ EL USUARIO PUEDE INCLUIR TODOS LOS PROTOCOLOS CON FÁRMACOS Y DE EJERCICIO QUE SE REQUIERAN ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599733	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARTIDA 19 ULTRASONOGRAFO PUNTO 1.33.4	SE SOLICITA SE PUEDA OFERTAR SALIDA DE VIDEO ANÁLOGO O DIGITAL, DE ACUERDO CON EL AVANCE TECNOLÓGICO DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599734	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRAFICO PUNTO 1.8.1	ENTENDEMOS QUE SE PODRA REFERENCIAR QUE SE PUEDE REALIZAR CON EL EQUIPO IMÁGENES VASCULARES CON LA APLICACIÓN VASCULAR, ESTA APLICACIÓN INCLUYE VENAS Y ARTERIAS EN EXTREMIDADES Y CUELLO. YA QUE POR MOTIVO DE REFERENCIACIÓN, NO ES POSIBLE DESCRIBIR TODAS LAS ÁREAS ANATÓMICAS QUE SE SOLICITAN CON LA APLICACIÓN VASCULAR ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0566
599735	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRAFICO PUNTO 1.8.2	ENTENDEMOS QUE SE PODRA REFERENCIAR QUE SE PUEDE REALIZAR CON EL EQUIPO IMÁGENES VASCULARES CON LA APLICACIÓN VASCULAR, ESTA APLICACIÓN INCLUYE VASOS TORÁCICOS SUPERFICIALES. ¿ES CORRECTO? YA QUE POR MOTIVO DE REFERENCIACIÓN, NO ES POSIBLE DESCRIBIR TODAS LAS ÁREAS ANATÓMICAS QUE SE SOLICITAN CON LA APLICACIÓN VASCULAR ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599736	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRAFICO PUNTO 1.8.4	ENTENDEMOS QUE SE PODRA REFERENCIAR QUE SE PUEDE REALIZAR CON EL EQUIPO IMÁGENES VASCULARES CON LA APLICACIÓN VASCULAR, ESTA APLICACIÓN INCLUYE GUÍA DE PICC, CVC, CATÉTER DE DIÁLISIS, PUERTO PIV, LÍNEA MEDIA DE COLOCACIÓN DEN LÍNEAS ARTERIALES, ACCESO A FÍSTULAS E INJERTOS Y ACCESOR GENERAL A VENAS Y ARTERIAS. ¿ES CORRECTO? YA QUE POR MOTIVO DE REFERENCIACIÓN, NO ES POSIBLE DESCRIBIR TODAS LAS ÁREAS ANATÓMICAS QUE SE SOLICITAN CON LA APLICACIÓN VASCULAR ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599737	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRAFICO PUNTO 1.9	EN RELACIÓN CON LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DEL VASO Y CONECTIVIDAD ELECTRÓNICA, SE SOLICITA SE INDIQUE A QUE SE REFIERE LA FUNCIÓN DE CONECTIVIDAD ELECTRÓNICA. FAVOR DE ACLARAR	SE REFIERE A UNA APLICACIÓN DIAGNOSTICA PARA MEDIR EL GROSOR DEL VASO Y DE ESA FORMA ESCOGER EL GROSOR DE AGUJA MAS ADECUADO MANTENIENDO UNA CONECTIVIDAD ELECTRONICA QUE TE DA OTROS DATOS COMO FLUJO EN

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
0567					EL VASO Y RITMO CARDIACO
599738	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.7.2.- MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -190° O MAYOR A +180° O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL REQUERIMIENTO DE -190° ES EQUIVALENTE A UN +10°, POR LO QUE EL TENER +180° PERMITE LLEGAR A ESTOS +10°, DANDO UNA VUELTA COMPLETA DE 360° O +-180°. LO CUAL CUMPLE Y NO OFRECE NINGUNA LIMITANTE EN LOS MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN REQUERIDOS. ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599739	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.11.- PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA GRANDE, PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA PEQUEÑA, CONO DE COMPRESIÓN, CONO DE MAGNIFICACIÓN Y PALETA CON REJILLA FENESTRADA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA GRANDE DE 24 X 30 CM, PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA PEQUEÑA DE 18 X 24 CM , CONO O PALETA DE COMPRESIÓN, CONO DE MAGNIFICACIÓN O SPOT RECTANGULAR DE 10X10, Y PALETA CON REJILLA FENESTRADA O PALETA CON VENTANA DE LOCALIZACIÓN RECTANGULAR GRADUADA PARA MARCAJE Y TOMA DE BIOPSIA. LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599740	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.19.1.- VISTAS DE TOMOSÍNTESIS SELECCIONABLES (RCC, RMLO, LCC, LMLO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE A LAS PROYECCIONES RCC: CRANEOCAUDAL DERECHO, RMLO: MEDIO LATERAL OBLICUO DERECHO, LCC: CRANEOCAUDAL IZQUIERDO, LMLO MEDIO LATERAL OBLICUO IZQUIERDO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599741	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.19.6.- DOSIS ADICIONAL POR TOMOADQUISICIÓN NO DEBERÁ REBASAR 3 MGY BAJO CONDICIONES DE REFERENCIA POR PROYECCIÓN, CONFORME A LA NOM VIGENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO DOSIS DE SATURACIÓN EN EL CONTEXTO DE TOMOSÍNTESIS DE ~ 0.7 MGY Y PARA EL CONTEXTO MAMOGRÁFICO DE ~ 3.0 MGY, LO CUAL CUMPLE Y SUPERA LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0568
599742	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.21.- HERRAMIENTA DE CONTROL DE CALIDAD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO KIT DE CALIBRACIÓN DEL DETECTOR, JUEGO DE PALETAS MATERIAL PMMA Y SOPORTE PARA CALIBRACIÓN DEL DETECTOR (PARA PERSONAL TÉCNICO). LO CUAL EQUIVALE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599743	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	3.2.- HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "RAFFAELLO VIEWER" MÓDULO DE SOFTWARE QUE PERMITE GRABAR CD/DVD CON IMÁGENES DE MAMOGRAFÍA PARA EL AUTO ALMACENAMIENTO DEL PACIENTE CON VISUALIZADOR DICOM. LA IMAGEN SE PUEDE MOSTRAR EN CUALQUIER PC (AWS Y RWS) , EL CUAL ES NUESTRO SOFTWARE O HERRAMIENTA PARA GRABAR IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599744	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 29	RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.1.2.- KV DE 40 O MENOR A 125 O MAYOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN KV DE 40 O MENOR A 120 O MAYOR. EL CUAL TIENE LA ENERGÍA Y PENETRACIÓN DE RAYOS X SUFICIENTE PARA DIVERSAS APLICACIONES EN ORTOPEDIA, CABEZA ,COLUMNA, TÓRAX, ABDOMEN, VASCULAR PERIFÉRICO, VASCULAR ABDOMINAL, VASCULAR CEREBRAL, CARDIACO Y SUS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS. LO CUAL NO LIMITA NI EL	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		0569		FUNCIONAMIENTO NI LA CALIDAD DE LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	
599745	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 29	RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.3.2.- ROTACIÓN DE +-110 GRADOS O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO ROTACIÓN A LO LARGO DEL EJE HORIZONTAL +-275°, EL CUAL ES EQUIVALENTE Y SUPERA LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599746	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 29	RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.3.5.- MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO MOVIMIENTO WIG-WAG DE 12°, JUNTO CON IMÁGENES QUE DEMUESTRAN QUE ES EQUIVALENTE AL MOVIMIENTO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
599747	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 29	RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.4.1.- ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 14 BITS O MAYOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO CONVERSIÓN A/D DEL DETECTOR DIGITAL DE 16 BITS, LO CUAL ES EQUIVALENTE Y SUPERIOR SEGÚN LA NOMENCLATURA DE NUESTRA CASA COMERCIAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599748	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 29	RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.10.- CONSOLA DE CONTROL MÓVIL: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN, JUNTO CON IMÁGENES QUE DEMUESTRAN EL PUNTO, EL CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA 0570
599749	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 29	RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 2.2.- CUBIERTA ESTERILIZABLES PARA INTENSIFICADOR, TUBO Y ARCO (50 UNIDADES) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUBIERTAS ESTÉRILES PARA INTENSIFICADOR, TUBO Y ARCO (50 UNIDADES). EL CUAL EVITA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA, YA QUE GARANTIZAN UN ENTORNO 100% ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599750	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.5.- TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL GRUESO DENTRO DEL RANGO DE 10 MS A 4 S O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO MÍNIMO Y MÁXIMO DE ADQUISICIÓN (TIEMPO DE INTEGRACIÓN) EN MAMOGRAFÍA DE 13 MS A 5 S. ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599751	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.6.- TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL FINO DENTRO DEL RANGO DE 10 MS O MAYOR A 5 S O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO MÍNIMO Y MÁXIMO DE ADQUISICIÓN (TIEMPO DE INTEGRACIÓN) EN MAMOGRAFÍA DE 13 MS A 5 S. ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599752	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.9.2.- MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -190° O MAYOR A +180° O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL REQUERIMIENTO DE -190° ES EQUIVALENTE A UN +10°, POR LO QUE EL TENER +180° PERMITE LLEGAR A ESTOS +10°, DANDO UNA VUELTA COMPLETA DE 360° O +-180°. LO CUAL CUMPLE Y NO OFRECE NINGUNA LIMITANTE EN LOS MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN REQUERIDOS. ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599753	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.13.- PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA GRANDE, PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA PEQUEÑA, CONO DE COMPRESIÓN, CONO DE MAGNIFICACIÓN Y PALETA CON REJILLA FENESTRADA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA GRANDE DE 24 X 30 CM, PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA PEQUEÑA DE 18 X 24 CM , CONO O PALETA DE COMPRESIÓN, CONO DE MAGNIFICACIÓN O SPOT RECTANGULAR DE 10X10, Y PALETA CON REJILLA FENESTRADA O PALETA CON VENTANA DE LOCALIZACIÓN RECTANGULAR GRADUADA PARA MARCAJE Y TOMA DE BIOPSIA. LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599754	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.21.1.- MONTADO EN EL MASTÓGRAFO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ACCESORIO UTILIZADO JUNTO CON EL SISTEMA GIOTTO CLASS, JUNTO CON IMÁGENES QUE DEMUESTRAN LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599755	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.21.2.- CON PALETA ABIERTA O PERFORADA O CON VENTANA GRADUADA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PALETA DE COMPRESIÓN PARA BIOPSIA 24X30 CM, LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES 0572
599756	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.21.4.- ADAPTADOR PARA DISPOSITIVO DE TOMA DE BIOPSIA PARA TRABAJAR CON AGUJA COMPATIBLE A MARCA Y MODELO DEL SISTEMA DE BIOPSIA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UNA PISTOLA DE BIOPSIA DE CORTE O DE VACÍO, JUNTO CON SUS ADAPTADORES PARA EL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
599757	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.21.4.- ADAPTADOR PARA DISPOSITIVO DE TOMA DE BIOPSIA PARA TRABAJAR CON AGUJA COMPATIBLE A MARCA Y MODELO DEL SISTEMA DE BIOPSIA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES QUE LA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, CON QUÉ TIPO DE PISTOLAS CUENTA LA UNIDAD SI ES.DE CORTE O DE VACÍO.	LA PREGUNTA ANTERIOR NO ES NEGATIVA
599758	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.22.1.- VISTAS DE TOMOSÍNTESIS SELECCIONABLES (RCC, RMLO, LCC, LMLO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE A LAS PROYECCIONES RCC: CRANEOCAUDAL DERECHO, RMLO: MEDIO LATERAL OBLICUO DERECHO, LCC: CRANEOCAUDAL IZQUIERDO, LMLO MEDIO LATERAL OBLICUO IZQUIERDO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599759	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV 0573	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.22.6.- DOSIS ADICIONAL POR TOMOADQUISICIÓN NO DEBERÁ REBASAR 3 MGY BAJO CONDICIONES DE REFERENCIA POR PROYECCIÓN, CONFORME A LA NOM VIGENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO DOSIS DE SATURACIÓN EN EL CONTEXTO DE TOMOSÍNTESIS DE ~ 0.7 MGY Y PARA EL CONTEXTO MAMOGRÁFICO DE ~ 3.0 MGY, LO CUAL CUMPLE Y SUPERA LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599760	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.24.- HERRAMIENTA DE CONTROL DE CALIDAD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO KIT DE CALIBRACIÓN DEL DETECTOR, JUEGO DE PALETAS MATERIAL PMMA Y SOPORTE PARA CALIBRACIÓN DEL DETECTOR (PARA PERSONAL TÉCNICO). LO CUAL EQUIVALE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599761	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 2.2.- ROBOT QUEMADOR DE CD/DVD PARA ESTUDIOS DE ESTEROTAXIA, COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE AL OFERTAR EN NUESTRO EQUIPO UN GRABADOR DE CD/DVD, EL ROBOT QUEMADOR QUE ES SIMILAR EN FUNCIONES SE VUELVE OPCIONAL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, ESTE PUNTO NO ES OPCIONAL
599762	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 53	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 3.2.- HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "RAFFAELLO VIEWER" MÓDULO DE SOFTWARE QUE PERMITE GRABAR CD/DVD CON IMÁGENES DE MAMOGRAFÍA PARA EL AUTO ALMACENAMIENTO DEL PACIENTE CON VISUALIZADOR DICOM. LA IMAGEN SE PUEDE MOSTRAR EN CUALQUIER PC (AWS Y RWS) , EL CUAL ES NUESTRO SOFTWARE O	SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				HERRAMIENTA PARA GRABAR IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	0574
599763	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA . PARTIDA 55	PUNTO 1.4.4.1 ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR LA COBERTURA DEL PACIENTE CON EL DESPLAZAMIENTO DEL SOPORTE TUBO DE RAYOS X Y DEL DETECTOR DE IMAGEN EN TRASLACIÓN LONGITUDINAL DE AL MENOS 160 CM O MAYOR, LO QUE EQUIVALE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599764	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 55	PUNTO 1.7.1 FAVOR DE CONFIRMAR SI LOS MONITORES DEBERÁN SER UBICADOS EN LA SALA DE EXPLORACIÓN EN BASE RODABLE. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
599765	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 55	PUNTO 1.7.1.1 SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PANTALLAS DE 19" O MAYOR, CON LO CUAL ES POSIBLE REALIZAR LA REVISIÓN Y DIAGNÓSITCO DE IMÁGENES, COMO ALTERNATIVA A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599766	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 55	PUNTO 1.7.1.3 SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR MONITOR O PANTALLA CON ESCALA DE GRISES O COLORES PARA 16.7 MILLONES DE NIVELES O COLORES, LO CUAL ES SUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE DIFERENTES DENSIDADES EN LA IMAGEN DIAGNÓSTICA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599767	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 55	PUNTO 1.8.5 SE SOLICITA DETECTOR INTERCONSTRUIDO FIJO A LA MESA O AL SOPORTE DE DETECTOR, POR LO QUE EL DETECTOR SE ENCUENTRA PROTEGIDO EN LA ESTRUCTURA DE LA MESA, DEL SOPORTE O TABLERO DEL PACIENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE LA PROTECCIÓN O RESISTENCIA AL AGUA SEA OPCIONAL DE ACUERDO AL TIPO DE DETECTOR OFERTADO CON CADA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0575			TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, YA QUE EL DETECTOR NO SE ENCUENTRA EXPUESTO A DERRAME DE LÍQUIDOS ¿SE ACEPTA?	
599768	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 55	PUNTO 1.9 SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TELEMANDO MÓVIL INCLUIDO EN EL MONITOR DE LA SALA DE EXAMINACIÓN PARA EL CONTROL DE LA MESA CON LA GESTIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL GENERADOR Y GESTIÓN DE EXÁMENES, ASÍ COMO UN PANEL DE MANDO INCORPORADO EN LA MESA DE PACIENTE, CON LO CUAL SE PUEDE REALIZAR EL CONTROL DE LA MESA, ADICIONALMENTE AL TELEMANDO A DISTANCIA EN LA SALA DE CONTROL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599769	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 55	PUNTO 2.6 SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL ROBOT QUEMADOR DE CD/DVD, UN QUEMADOR DE CD/DVD DE LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN O UN QUEMADOR EXTERNO ADICIONAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599770	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 55	PUNTO 3.1 EL INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE QUE OFERTAREMOS NO USA JERINGAS PARA INYECTOR DE MEDIOS, FUNCIONA CON TECNOLOGÍA DE RODILLOS Y TUBOS PARA HACER MAS EFICIENTE EL USO DEL MEDIO DE CONTRASTE. DE LO ANTERIOR SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR 50 JERINGAS PARA INYECTOR COMPATIBLE O TUBOS PARA CONTRASTE PARA INYECTOR COMPATIBLE COMO ALTERNATIVA A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599771	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4, PARTIDA 55	SE SOLICITA UNA SECUENCIA DE ABDOMNEN TANGENCIAL CON RAYO HORIZONTAL. PARA LA OBTENCIÓN DE ESTA IMAGEN RADIOGRÁFICA CON LA PROYECCIÓN SOLICITADA, SE REQUIERE DE POSICIONAMIENTO DE LA COLUMNA, TUBO DE RAYOS X Y DETECTOR DE FORMA LATERAL EN EL PLAZO HORIZONTAL. DE LO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN CONTAR CON COLUMNA SOPORTE DE TUBO DE RAYOS X CON ROTACIÓN EN EJE HORIZONTAL DE +/- 90° O MAYOR E INCLINACIÓN DEL SOPORTE DETECTOR DE 90° PARA PROYECCIONES LATERALES, PARA LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS PROYECCIONES TANGENCIALES CON RAYO HORIZONTAL, YA QUE ESTOS MOVIMIENTOS SON REQUERIDOS PARA LAS PROYECCIONES DE LA MUESTRA SOLICITADA ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0576
599772	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4, PARTIDA 55	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DE UNA SECUENCIA DE ABDOMEN GENERAL. ¿ES CORRECTO?	LA RESPUESTA NO FUE NEGATIVA
599773	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	NUMERAL 6.9.- DERIVADO DE LAS VISITAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONES LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GUIAS MECANICAS DE LAS PARTIDAS : 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS, 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO TOMOSINTESIS.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599774	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO 6.14. SUBINDICE 3	6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DERIVADO DE QUE LA PRESENTE LICITACION ES ELECTRONICA, SOLO SE DEBERAN PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS PARA SU COTEJO. ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ PRESENTAR LOS PUNTOS QUE SE SOLICITAN EN ESTE NUMERAL DE MANERA DIGITALIZADA EN EL ANEXO 19 DE BASES.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599777	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV 0577	TÉCNICO	ANEXO TECNICO 5.- VISITA A LA UNIDAD HOPITALARIA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PUEDA SUMINISTRARNOS LOS PLANOS DE LAS ZONAS QUE SE VISITARON, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL AREA ESTA EN CONSTRUCCIÓN Y REQUERIMOS SABER OMO LLEVAREMOS A CABO LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, CON EL FIN DE REALIZAR UNA PROPUESTA MAS ACERTADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599778	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO 5.- VISITA A LA UNIDAD HOPITALARIA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ÁREA DE QUIROFANO, LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS SERÁ POR PARTE DE LA CONVOCANTE Y EL CABLEADO DE LOS MISMO SERÁ POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	LA UNIDAD HOSPITALARIA ES LA ENCARGADA DE ASEGURAR QUE EXISTAN DICHOS NODOS Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL CABLEADO
599779	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO 1.1 RELACIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PUEDA INDICARNOS SI EL EQUIPO REQUERIDO PARA ESTA PARTIDA ES INALÁMBRICO O ÁLAMBRICO	LOS EQUIPOS DE MONITOREO DEBEN CONECTARSE DE MANERA ALAMBRICA
599780	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO 1.1 RELACIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PUEDA INDICARNOS SI EL EQUIPO REQUERIDO PARA ESTA PARTIDA ES INALÁMBRICO O ÁLAMBRICO	LOS EQUIPOS DE MONITOREO DEBEN CONECTARSE DE MANERA ALAMBRICA
599781	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO 1.1 RELACIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PUEDA INDICARNOS SI EL EQUIPO REQUERIDO IRA ANCLADO A PARED DE CONCRETO O EN SU DEFECTO INDICARNOS EL MATERIAL FINAL, DONDE SERÁ ANCLADA	SON MUROS DE CONCRETO
599782	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO 1.1 RELACIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PUEDA INDICARNOS SI EL EQUIPO REQUERIDO IRA ANCLADO A PARED DE CONCRETO O EN SU DEFECTO INDICARNOS EL MATERIAL FINAL, DONDE SERÁ ANCLADA	SON MUROS DE CONCRETO
599783	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO 1.1 RELACIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PUEDA INDICARNOS SI EL EQUIPO REQUERIDO DEBE INCLUIR UN RESPALDO (NO BREAK) O UNICAMENTE EL EQUIPO SOLICITADO	PARA LA PARTIDA 3 LA CENTRAL DE MONITOREO DEBERA CONTAR CON UN UPS DE AL MENOS 15 NINUTOS COMO SE INDICA EN EL PUNTO 1.14 DE LA FICHA TECNICA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599784	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO 1.1 RELACIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PUEDA INDICARNOS SI EL EQUIPO REQUERIDO DEBE INCLUIR UN RESPALDO (NO BREAK) O UNICAMENTE EL EQUIPO SOLICITADO 0578	PARA LA PARTIDA 3 LA CENTRAL DE MONITOREO DEBERA CONTAR CON UN UPS DE AL MENOS 15 NINUTOS COMO SE INDICA EN EL PUNTO 1.14 DE LA FICHA TECNICA
599854	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.4 VISITA A INSTALACIONES	EN EL CASO DE QUE MI REPRESENTADA PARTICIPE EN FORMA CONJUNTA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE, PARA CUBRIR EL REQUISITO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES, ÚNICAMENTE SERÁ NECESARIO QUE CUALQUIERA DE LOS PARTICIPANTES COMPRUEBE QUE REALIZÓ LA VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA.	EN CASO DE PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA BASTARÁ CON QUE UNO DE LOS LICITANTES HAYA ACUDIDO A LA VISITA Y A LA ENTREGA DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS
599855	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 3.4 VISITA A INSTALACIONES	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO EN MENCIÓN, LA UNIDAD HOSPITALARIA EMITE UNA CONSTANCIA DE VISITA LA CUÁL DEBERÁ SER PRESENTADA JUNTO CON LA PROPUESTA DE OFERTA TÉCNICA. POR LO ANTERIOR Y PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE DECIDAN IR EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA ¿SERA SUFIENTE, CON QUE UNA DE LAS EMPRESAS SE HAYA PRESENTADO Y CUENTE CON DICHA CONSTANCIA FIRMADA Y SELLADA POR LA UNIDAD? ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
599856	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4 MUESTRAS	PARA LOS EQUIPOS DESCRITOS EN LA PARTIDA 2, 3, 4 Y 24 Y ACORDE A LA REDACCIÓN DEL PUNTO, ENTENDEMOS QUE SOLAMENTE SE EVALUARÁN LOS EQUIPOS SIN CONSUMIBLES ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
599877	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4	EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 3 Y 4 CENTRAL DE MONITORES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN SIMULADOR DE PACIENTE CON EL CUAL SE PODRÁ REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PACIENTE. Y DEMOSTRAR LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.	DEBERA ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA 2 "MUESTRAS" PARTIDAS 2,3 Y 4, DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599878	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4 MUESTRAS	EN EL CASO DE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA INGRESAR AL ESTACIONAMIENTO PARA PODER REALIZAR LAS	LA CONVOCANTE DARÁ ACCESO PARA LAS MANIOBRAS DE DESCARGA Y

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0579			MANIOBRAS DE DESCARGAS, DEBIDO A QUE ES EQUIPO MÉDICO DE ALTO COSTO. 0800	CARGA DE LOS EQUIPOS, DEBIENDO EL REPRESENTANTE LEGAL REGISTRARSE EN EL HORARIO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA, EN EL PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA
599879	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.9 GUIA MECANICA	SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LAS GUIAS MECANICAS CORRESPONDIENTES, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y PODER REALIZAR EL CALCULO DEL COSTO CORRESPONDIENTE,	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599880	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6, ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA	PARA EL CASO DE LOS HIPERVINCULOS DE LOS MANUALES, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ÚNICAMENTE INCERTAR LA PÁGINA DONDE SE ENCUENTRE EL CONCEPTO SOLICITADO.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599881	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4 VISITA A INSTALACIONES.	DICE: "SE LLEVARÁN A CABO PARA TODAS LAS PARTIDAS MENCIONADAS EN EL ANEXO 1.1 RELACIÓN DE BIENES..." EN NUESTRO CASO, PRETENDEMOS PARTICIPAR CON LAS PARTIDAS 18, 19, 20, 21, 53 Y 54 Y ENTENDEMOS QUE LA VISITA SOLAMENTE SERÍA OBLIGATORIA PARA LAS PARTIDAS 53 Y 54, YA QUE PARA LAS PARTIDAS 18 A LA 21 NO ES NECESARIO LLEVAR A CABO ADECUACIONES NI REMODELACIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599882	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.14 ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA;	ENTENDEMOS QUE LA PROPUESTA PUEDE SER FIRMADA POR ALGUNA PERSONA QUE CUENTE CON UN PODER ESPECIAL PARA LICITACIONES, ACOMPAÑADO DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL, SIN QUE SEA NECESARIO QUE CUENTE CON FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACION 0580

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599883	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV 0581	LEGAL - ADMINISTRATIVA	VARIOS	EN VAIOS PUNTOS SOLICITAN DOCUMENTOS CON FIRMA DIGITALIZADA. ¿SE REFIEREN A LA FIRMA FIEL DEL SAT? O EN CASO CONTRARIO ¿PUEDEN, POR FAVOR, ACLARARNOS A QUE FIRMA SE REFIEREN? FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.11 FORMA DE PRESENTAR LA PROPOSICION, LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 34 DE LA LAASP, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, LAS PROPOSICIONES SERÁN ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL LOS LICITANTES DEBERÁN UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EL SISTEMA COMPRANET. DICHO SISTEMA GENERARÁ EL SOBRE CON LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS QUE RESGUARDAN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DE TAL FORMA QUE SEA INVIOLABLE. LOS LICITANTES DEBERÁN CONTEMPLAR QUE EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SERÁ EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				0582	"E.FIRMA", QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS CUALES PRODUCIRÁN LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y, EN CONSECUENCIA, TENDRÁN EL MISMO VALOR PROBATORIO; LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET 2023. PARA EL CASO DE ESCRITOS, MANIFIESTOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE REQUIERA LA FIRMA DEL RESPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DEBRÁ ESTAMPAR SU FIRMA DIGITAL.
599884	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN.	PUNTO 18. MODELO DE CONTRATO, (ANEXO 12).- ENTENDEMOS QUE ESTE ANEXO 12 ES SOLO INFORMATIVO Y QUE SERÁ SUFICIENTE CON INCLUIR ÚNICAMENTE LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO PARA CUBRIR ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 18 DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE CONTRATO (COMPLETO) SIN REQUISITAR NINGUN DATO.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599885	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV 0583	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN.	PUNTO 21. MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 16).- ENTENDEMOS QUE ESTE ANEXO 16 ES SOLO INFORMATIVO Y QUE SERÁ SUFICIENTE CON INCLUIR ÚNICAMENTE LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO PARA CUBRIR ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 21, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SIN REQUISITAR NINGUN DATO.
599886	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	VARIOS	ENTENDEMOS QUE LOS DOCUMENTOS QUE NO NOS APLIQUEN, SERÁ SUFICIENTE CON INCLUIR DICHOS DOCUMENTOS CON LA LEYENDA "NO APLICA", PARA CUBRIR ESOS PUNTOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA CONVOCANTE VERIFIQUE QUE EFECTIVAMENTE NO NOS APLIQUEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACION
599887	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18, SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.21.1.- SOLICITAMOS PODER REFERENCIARA EL PUNTO 1.21.1 COMO, MARCA DE GUIA DE BIOPSIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
599888	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18, SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.19.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) DE 10.1 PULGADAS, YA QUE ESTA PANTALLA SE UTILIZA PARA COMANDOS QUE NO INTERFIEREN CON LA CALIDAD DE IMAGEN O CON EL FLUJO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599889	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18, SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTOS 2.1.14 Y 2.1.7.- DEBIDO A QUE ESTOS PUNTOS SE REFIEREN A UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN SOLO TRANSDUCTOR QUE CUMPLE LA FUNCION DE AMBOS PUNTOS. ¿SE ACEPTA?	ESTA MAL REFERENCIADA LA PREGUNTA, DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				0584	JUNTA DE ACLARACIONES
599890	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18, SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 2.1.14 Y 2.1.7.- EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE OFERTARAN SOLO 6 (SEIS) TRANSDUCTORES. ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.	ESTA MAL REFERENCIADA LA PREGUNTA, DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599891	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18, SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.1.3.- ENTENDEMOS QUE DESEAN DESPLEGAR UNA SOLA IMAGEN DE ALTA RESOLUCION EN EL MONITOR, INDEPENDIENTEMENTE DE IMÁGENES DUALES, ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599892	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18, SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.16.- ENTENDEMOS QUE LOS 500 GB EN DISCO DURO SON PARA EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
599893	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18, SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.21.1.- EN LA RADIOLOGIA CONVENCIONAL, ESTE TERMINO NO ES BODY MAP YA QUE COMO SABEN SU TRADUCCION DIRECTA ES MAPA DE CUERPO Y ESTO NO TIENE NADA QUE VER CON LA VISUALIZACION DE LA AGUJA EN LA PANTALLA, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA USAR VISUALIZACION DE LA AGUJA EN PANTALLA, ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
599894	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19, ULTRASONOGRAFO.	PUNTO 1.3.- ENTENDEMOS QUE DESEAN DESPLEGAR UNA SOLA IMAGEN DE ALTA RESOLUCION EN EL MONITOR, INDEPENDIENTEMENTE DE IMÁGENES DUALES, YA QUE ES DIFICIL CALCULAR EL PORCENTAJE DE LA IMAGEN DENTRO DEL MONITOR, ADEMAS CON LA FUNCION ZOOM SE PUEDE INCFREMENTAR TANTO COMO LO DESEE EL MEDICO, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599895	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19, ULTRASONOGRAFO	PUNTO 1.8.- ADEMAS DEL RANGO DINAMICO, OBSERVAMOS QUE DESEAN SE INCLUYA NIVEL DE RUIDO REDUCIDO, ESTO ES BASICAMENTE UNA FUNCION COMERCIAL QUE NO DICE NADA, PERO PARA ASEGURAR ESTA FUNCION ENTENDEMOS DEBEMOS INCORPORAR UNA	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0585			TECLA DONDE AL PRESIONARLA NOS DA ESA FUNCION, ¿ES CORRECTO?	
599896	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19, ULTRASONOGRAFO	PUNTO 1.4.- OBSERVAMOS DE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE CRECER A FUTURO A MUCHAS APLICACIONES LAS CUALES DESPLIEGAN UNA GRAN CANTIDAD DE IMÁGENES QUE NOS SIRVEN PARA HACER UNA MEJOR EVALUACION DEL PACIENTE, DEBIDO A ESTO ENTENDEMOS QUE LOS 500 GB EN DISCO DURO SON PARA EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACOIN
599897	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19, ULTRASONOGRAFO	PUNTO 2.1.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE 5 MHZ O MENOR A 14 MHZ, YA QUE DEBIDO A LAS APLICACIONES QUE SOLICITAN ESTE TRANSDUCTOR LES SERVIRA MUCHO MEJOR, ADEMAS OBSERVAMOS DESEAN HACER ELASTOGRAFIA, CABE MENCIONAR QUE MIENTRAS MAYIR SEA LA FRECUENCIA LOS RESULTADOS SON OPTIMOS Y EN ESTE CASO NO NECESITAN COMPRAR MAS TRANSDUCTORES, ¿SE ACEPTA'	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599898	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19, ULTRASONOGRAFO	PUNTO 1.3.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFENCIAR EL PUNTO 1.3, COMO TAMAÑO DE IMAGEN EN PANTALLA PEQUEÑA, GRANDE Y EXTRA GRANDE ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR CON EL TERMINO DE TAMAÑO ESPCIFICADO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599899	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19, ULTRASONOGRAFO	PUNTO 1.28.- SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR EL PUNTO 1.19 COMO MEDIDA EN DIAGONAL DE 12 PULGADAS O MAYOR ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599900	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19, ULTRASONOGRAFO	PUNTO 1.28.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) DE 10.1 PULGADAS, YA QUE ESTA PANTALLA SE UTILIZA PARA COMANDOS QUE NO INTERFIEREN CON LA CALIDAD DE IMAGEN O CON EL FLUJO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599901	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19, ULTRASONOGRAFO	PUNTO 1.20.- DADO QUE LA DESCRIPCION DEL EQUIPO NO ES DE USO CARDIOLOGICO SUGERIMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL PUNTO 1.20 YA QUE EL CRECIMIENTO A FUTURO NO ES NECESARIO PARA LAS APLICACIONES RADIOLOGICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UN CRECIMIENTO A FUTURO A TRANSDURCTOR TRANSESOFAGICO 0586
599902	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20, SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.4.- ENTENDEMOS QUE PODEMOS USAR ACRONIMOS PARA LA DESCRIPCION SOLICITADO, YA QUE BASICAMENTE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA COLOCACION DE CATETERES, ¿ÉS CORRECTO?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
599903	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20, SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.4.- EL PICC SE DEFINE COMO EL CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA (SIGLAS EN INGLES), EL ULTRASONIDO SE USA PARA VISUALIZAR LAS VENAS EN ESTA ZONA EN EJE TRANSVERSALO LOGITUDINAL EN FUNCION DE LA POSICION DEL TRANSDUCTOR. PARA ELLO ES RECOMENDABLE USAR EL METODO "RAPEVA Y RACEVA (DEL GRUPO GAVECELT), VALORACION RAPIDA DE LAS VENAS PERIFERICAS Y CENTRALES, COMO SE PUEDE OBSERVAR ES UN METODO Y EL ULTRASONIDO SOLO ES DE APOYO POR LO QUE BASICAMENTE SE REQUIERE PODER VISUALIZAR EL CATETER EN PANTALLA COMO SE HACE CON LA BIOPSIA, SOLICITAMOS PODER MARCARLO COMO TAL, ¿SE ACEPTA?.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599904	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20, SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.16.- ENTENDEMOS QUE ESTA UNIDAD DE CD/ DVD/ USB DEBEN ESTAR INTEGRADAS AL ULTRASONIDO, Y NO A UNIDADES EXTERNAS, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
599905	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20, SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.18.- DEBIDO A LA DESCRIPCION EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE NO ES UN EQUIPO PORTATIL, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599906	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV 0587	TÉCNICO	PARTIDA 20, SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.4.- CVC QUIERE DECIR CATETER VENOSO CENTRAL Y SE REFIERE A LA INSTALACION DE ESTE CON AYUDA DEL ULTRASONIDO. EL OBJETIVO ES IDENTIFICAR LA EFICACIA DE LA COLOCACION DEL CATETER VENOSO CENTRAL CON EL USO DEL ULTRASONIDO Y LAS COMPLICACIONES ATRIBUIBLES AL PROCEDIMIENTO. COMO PODEMOS OBSERVAR EN LA ESPECIFICACION ESTOS SON PROCEDIMIENTOS CON AYUDA DEL ULTRASONIDO, POR LO QUE CON EL PROGRAMA DE GUIA DE BIOPSIA PODEMOS DEMOSTRAR QUE EL ULTRASONIDO PUEDE VISUALIZAR LOS CATETERES, POR LOQ UE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA DEMOSTRARLO ASI, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599907	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20, SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.4.- DICE PUERTO PIV, CREEMOS QUE EXISTE UNA CONFUSION YA QUE LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO NO TIENEN PUERTO PIV, YA QUE ESTE TERMINO SE REFIERE A LA COLOCACION DE CATETER INTRAVENOSO GUIADO POR ULTRASONIDO, Y ENTONCES BASICAMENTE DESEAN QUE EL ULTRASONIDO PUEDA MOSTRAR EN LA PANTALLA EL CATETER ASI COMO SE HACE CON LA GUIS DE BIOPSIA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
599908	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20, SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTOS 1.8.3 Y 1.8.4.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFENCIAR LOS PUNTOS 1.8.3 Y 1.8.4 CON UNA IMAGEN VASCULAR, ¿SE ACEPTA?	SE PUEDE REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA CON UNA IMAGEN, SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO
599909	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20, SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.1.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFENCIAR EL PUNTO 1.8.1 GRAFICAMENTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
599910	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 1.2.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFENCIAR EL PUNTO 1.3, COMO TAMAÑO DE IMAGEN EN PANTALLA PEQUEÑA, GRANDE Y EXTRA GRANDE ¿ SE ACEPTA?	PUEDE REFENCIAR CON EL TERMINO DE TAMAÑO ESPECIFICADO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599911	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 1.17.- SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR EL PUNTO 1.19 COMO MEDIDA EN DIAGONAL DE 12 PULGADAS O MAYOR ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 0588
599912	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 1.17.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) DE 10.1 PULGADAS, YA QUE ESTA PANTALLA SE UTILIZA PARA COMANDOS QUE NO INTERFIEREN CON LA CALIDAD DE IMAGEN O CON EL FLUJO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599913	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 1.1.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA LCD, LA CUAL ES PLANA Y DE ALTA RESOLUCION, ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS PULGADAS SOLICITADAS
599914	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 1.2.- ENTENDEMOS QUE DESEAN DESPLEGAR UNA SOLA IMAGEN DE ALTA RESOLUCION EN EL MONITOR, INDEPENDIENTEMENTE DE IMÁGENES DUALES, YA QUE ES DIFICIL CALCULAR EL PORCENTAJE DE LA IMAGEN DENTRO DEL MONITOR, ADEMAS CON LA FUNCION ZOOM SE PUEDE INCFREMENTAR TANTO COMO LO DESEE EL MEDICO, ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES,
599915	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 1.14.- OBSERVAMOS DE EL EQUIPO TIENE MUCHAS APLICACIONES LAS CUALES DESPLIEGAN UNA GRAN CANTIDAD DE IMÁGENES QUE NOS SIRVEN PARA HACER UNA MEJOR EVALUACION DEL PACIENTE, DEBIDO A ESTO ENTENDEMOS QUE LOS 500 GB EN DISCO DURO SON PARA EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
599916	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 2.1.1.- OBSERVAMOS QUE EN PUNTO 1.8 SOLICITAN ELASTOGRAFIA CUALITATIVA Y EN EL PUNTO 1.9 ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA (SHARE WAVE U ONDA DE CORTE), ENTONCES DEBEMOS ENTENDER Y PARA SACARLE TODO EL POTENCIAL AL EQUIPO DE ULTRASONIDO ADEMAS QUE LAS PRINCIPALES CASAS COMERCIALES QUE DESARROLLAMOS	ES CORRECTO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0589			ULTRASONIDOS LO MANEJAMOS, DEBEMOS ENTENDER QUE EL TRANSDUCTOR LINEAL DEBE PODER SER USADO PARA ESTOS DOS MODOS DE ELASTOGRAFIA, ¿ES CORRECTO?	
599917	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 2.1.2.- OBSERVAMOS QUE EN PUNTO 1.8 SOLICITAN ELASTOGRAFIA CUALITATIVA Y EN EL PUNTO 1.9 ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA (SHARE WAVE U ONDA DE CORTE), ENTONCES DEBEMOS ENTENDER Y PARA SACARLE TODO EL POTENCIAL AL EQUIPO DE ULTRASONIDO ADEMAS QUE LAS PRINCIPALES CASAS COMERCIALES QUE DESARROLLAMOS ULTRASONIDOS LO MANEJAMOS, DEBEMOS ENTENDER QUE EL TRANSDUCTOR CONVEXO DEBE PODER SER USADO PARA ESTOS DOS MODOS DE ELASTOGRAFIA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
599918	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 2.1.3.- OBSERVAMOS QUE EN PUNTO 1.8 SOLICITAN ELASTOGRAFIA CUALITATIVA Y EN EL PUNTO 1.9 ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA (SHARE WAVE U ONDA DE CORTE), ENTONCES DEBEMOS ENTENDER Y PARA SACARLE TODO EL POTENCIAL AL EQUIPO DE ULTRASONIDO ADEMAS QUE LAS PRINCIPALES CASAS COMERCIALES QUE DESARROLLAMOS ULTRASONIDOS LO MANEJAMOS, DEBEMOS ENTENDER QUE EL TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DEBE PODER SER USADO PARA ESTOS DOS MODOS DE ELASTOGRAFIA, ¿ES CORRECTO?	ESTA MAL REFERENCIADA LA PREGUNTA, DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "ELASTÓGRAFO ULTRASONICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599919	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTOS 2.1.3; 2.1.4; 2.1.7.- OBSERVAMOS QUE LAS FRECUENCIAS SON LAS MISMAS PARA LOS TRES TRANSDUCTORES, LA APLICACIÓN Y EL TIPO DE TRANSDUCTOR ES EL MISMO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN SOLO TRANSDUCTOR CON LAS FRECUENCIAS SOLICITADAS Y QUE SE PUEDA USAR PARA ELASTOGRAFIA CUALITATIVA Y	ESTA MAL REFERENCIADA LA PREGUNTA, DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "ELASTÓGRAFO ULTRASONICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ELASTOGRAFIA POR SHARE WAVE, PARA CUBRIR LOS TRES PUNTOS, ¿SE ACEPTA?	0590
599920	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 2.3.- REQUIEREN UNA IMPRESORA BLANCO/ NEGRO Y COLOR, ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UNA SOLA IMPRESORA QUE CUBRA AMBAS CARACTERISTICAS Y QUE SE ACOPLE AL ULTRASONIDO, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
599921	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21, ELASTOGRAFO ULTRASONICO	PUNTO 3.1.- SUGERIMOS SE OFERTE UN GALON DE GEL CON TUBO PARA RELLENAR DE 250 ML YA QUE ASI SE ENCUENTRA DE MANERA COMERCIAL Y NO AFECTA EL PRECIO DEL ULTRA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599922	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA,	FORMATO EXCEL.- OBSERVAMOS QUE EXISTE UNA COLUMNA QUE DICE HIPERVINCULO, PERO A CONTINUACION ESTA OTRA QUE ES DONDE EXISTEN LOS CATALOGOS REFERENCIADOS, ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PONER LA MISMA REFERENCIACION EN AMBAS COLUMNAS, ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599923	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA,	PUNTO 1.3.1.- ENTENDEMOS QUE LA ANGULACION ES FISICA, ¿ES CORRECTO?	LA ANGULACIÓN DEL GANTRY PUEDE SER FÍSICA
599924	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PUNTO 1.12.- DADO QUE LA CONSOLA DEL OPERADOR NO ES UNA OPCION Y SI PARTE DEL EQUIPO, DONDE VIENEN DESCRITAS LAS PARTES QUE ESTAN CONSIDERADAS DENTRO DEL SISTEMA, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA USAR UN MANUAL Y/O CATÁLOGO PARA DEMOSTRAR ESTE PUNTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, DEBERA REFERENCIAR TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA
599925	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA,	PUNTO 1.12.2.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR MONITORES DE 19" YA ESTA ES UNA MEDIDA ESTÁNDAR Y NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599926	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV 0591	TÉCNICO	PARTIDA 54, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA,	PUNTO 1.12.5.- YA QUE ESTA ESPECIFICACION ESTA DENTRO DEL APARTADO CONSOLA DEL OPERADOR, Y ESTA CONSOLA ES BASICAMENTE UNA COMPUTADORA CON SOFTWARE ESPECIFICO, ENTENDEMOS QUE ESTA UNIDAD LECTORA/ GRABADORA DE DVD DEBE SER INTEGRADA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
599927	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA,	PUNTO 1.12.7.- YA QUE EN EL PUNTO 2.2 SOLICITAN UPS PARA TODO EL EQUIPO, LA CONSOLA DEL OPERADOR ESTA CONECTADA A ESTE UPS, A DIFERENCIA DE LA ESTACION DE TRABAJO QUE SI NECESITA UNA UPS INDEPENDIENTE, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA SOLA UPS PARA LA ESTACION DE TRABAJO Y UNA UPS PARA TODO EL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599928	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMAND0.	PUNTO 1.8.3.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EN PUNTO 1.8.3 UN DETECTOR DIGITAL PLANO CON ADQUISICION DE 2688 X2688, YA QUE DEBIDO A LA RESOLUCION DE LAS SECUENCIAS DE ADQUISICION SOLICITADAS (1024X1024 12 BITS) NO ES NECESARIO TENER UN DETECTOR CON LA MATRIZ SOLICITADA,SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599929	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CONTELEMAND0.	PUNTO 1.8.5.- SOLICITAMOS PODER OFERTAR EN EL PUNTO 1.8.5 UN DETECTOR CON RESISTENCIA AL AGUA CON CLASIFICACION IPV6 LA CUAL ES UNA NORMA DE PRUEBA SUPERIOR A LA SOLICITADA, YA QUE LA BOQUILLA DE LA SALIDA DE AGUA PARA LA PRUEBA TIENE UNA DIMENSION DE LA MITAD DE LA BOQUILLA PARA IPX6, POR LO QUE EL CHORRO DE AGUA DE PRUEBA ES MAS FINO, LO CUAL ESTA SOMETIENDO AL DETECTOR A UNA PRUEBA MAS EXAUSTIVA, SE ACEPTA?	PODRA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA.
599930	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS	ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599931	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARA LAS PARTIDAS 54 Y 55	¿PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DE LAS ÁREAS EN DÓNDE SERÁN INSTALADOS ESTOS EQUIPOS?, YA QUE EN LA VISISTA NO SE NOS PERMITIO TOMAR MEDIDAS, ÚNICAMENTE NOS PERMITIERON UNA INSPECCIÓN VISUAL, Y ES FUNDAMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS MECÁNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES. ¿ACEPTAN NUESTRA SOLICITUD? FAVOR DE ACLARAR	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 0592
599932	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARA LAS PARTIDAS 54 Y 55	ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SE HARA REPONSABLES DE TODAS LAS ADECUACIONES DE LAS SALAS DE LOS EQUIPOS DE ESTAS PARTIDAS Y QUE HARAN LA ENTREGA DE LAS MISMAS A "PIE DE SALA" CON LAS INDICACIONES QUE SE SOLICITARAN EN LAS GUÍAS MECÁNICAS DEL LICITANTE ADJUDICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTO
599933	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARA LAS PARTIDAS 54 Y 55	EN CASO DE QUE EL ÁREA DE INSTALACIÓN NO ESTUVIERAN TERMINADAS Y LISTAS PARA LA INSTALACIÓN, ENTNEDEMOS QUE EL HOSPITAL CUENTA O CONTARÁ CON ALGÚN LUGAR PARA EL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
599944	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 4	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI SE REQUIERE CONEXIÓN MEDIANTE NODO INFORMÁTICO O INALÁMBRICO (WIFI). FAVOR DE ACLARAR.	DEBERA DE SER ALAMBRICO
599945	JRL SUPPLIERS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PUNTO 5 VISITAS A LA UNIDAD HOSPITALARIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDAN PROPORCIONAR LOS PLANOS CORRESPONDIENTES PARA PODER REALIZAR DE UNA MANERA CORRECTA LA ELABORACION DE LAS GUIAS MECANICAS Y ELECTRICAS Y DAR CUMPLIMIENTO, ESTO SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES, ¿SE ACEPTA?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599946	JRL SUPPLIERS S DE RL DE CV 0593	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 8 Y 10	LAMPARAS QUIRURGICAS, SE COMENTO DURANTE LA VISITA QUE EL SISTEMA DE ANCLAJE CORRERIA POR PARTE DEL PROVEEDOR, PERO TAMBIEN SE COMENTO QUE NO SE PERMITIRIA MODIFICACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL, PERO SE TENDRIA QUE CORTAR EL PLAFON PARA HACER EL MONTAJE DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LA LAMPARA, ¿ESTA MODIFICACION LA HARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL O CORRERIA POR PARTE DEL PROVEEDOR?	LA MODIFICACION SE REALIZARÁ POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO
599947	JRL SUPPLIERS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 1	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, AL REALIZAR LA INSTALACION DE ESTAS EN LOS LUGARES ASIGNADOS YA SE CONTARIA CON UNA SALIDA PARA EL DUCTO DE EMISIONES O ESTA TAMBIEN SE TENDRIA QUE REALIZAR AL MOMENTO DE LA INSTALACION Y DE SER ASI ¿ LAS PERFORACIONES NECESARIAS LAS HARIA EL PERSONAL DEL HOSPITAL O CORRERIA POR CUENTA DEL PROVEDDOR?	EL FILTRO DEL AIRE A TRAVEZ DE LOS FILTORS H EPA DEBEN ESTAR EN EL GABINETE DE LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, POR LO QUE NO ES NECESARIO CONECTARSE A NINGUN DUCTO DE EMISIONES
599948	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	1.2 FICHAS TECNICAS	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI EN LA FICHA TECNICA CORRESPONDIENTE A CADA PRODUCTO OFERTADO ES NECESARIO SUBIR PARA LOS PUTOS A REFERENCIAR EL CATALOGO Y/O MANUAL COMPLETO UBICANDO LA PAGINA EN DONDE SE ENCUENTRA LA REFERENCIA A CADA PUNTO O SOLAMENTE SE ENLAZARA LA PAGINA EN DONDE SE UBICA EL PUNTO A REFERENCIAR? FAVOR DE ACLARAR	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
599949	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 18 SISTEMA ECOGRAFICO. PUNTO 1.2 SISTEMA CON AL MENOS 4,700,000 CANA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 4,608,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, YA QUE ESTE VALOR SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DE +/-10% , ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
599950	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 19 ULTRASONOGRAFO. PUNTO NO. 1.9	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 882 CUADROS POR SEGUNDOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UNA VELOCIDAD DE 1700 O MAS IMÁGENES POR SEGUNDO
599951	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 19 ULTRASONOGRAFO. PUNTO 1.28	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL DE 10.4 " PARA OPERACIÓN DEL EQUIPO , EN EL ENTENDIDO DE QUE LA PANTALLA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DE OPERACIÓN NO TIENE NINGUN APORTE DIAGNOSTICO AL ESTUDIO, ¿SE ACEPTA?	0594
599952	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 20 SISTEMA ECOGRAFICO PUNTO 1.8.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL SOFTWARE DE ENFASIS DE AGUJA , EL CUAL MEJORA LA VISIBILIDAD DE LA AGUJA DE PUNCIÓN NECESARIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA EQUIVALENTE A LO SOLICITADO
599953	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 20 SISTEMA ECOGRAFICO PUNTO 2.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN UPS DE 1500VA CON FUNCIÓN DE REGULACIÓN AUTOMATICA DE VOLTAJE, SUPERANDO EL TIEMPO DE RESPALDO DE 10 MINUTOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599963	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 3	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES. FAVOR DE ACLARAR.	EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERA OFERTAR EN SU PROPUESTA TECNICA LOS 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LA FICHA TECNICA
599964	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 4	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS 6 MONITORES DE SIGNOS VITALES. FAVOR DE ACLARAR.	EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA PROPORCIONAR 6 MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LA FICHA TECNICA
599965	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 3	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI SE REQUIERE CONEXIÓN MEDIANTE NODO INFORMÁTICO O INALÁMBRICO (WIFI). FAVOR DE ACLARAR.	DEBERA DE SER ALAMBRICO
599966	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 3	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE ¿CUÁNTAS CAMAS REQUIEREN REVISAR DE FORMA SIMULTÁNEA PARA LA CENTRAL DE MONITOREO?	EL NÚMERO DE CAMAS ESTÁ DESCRITO EN EL PUNTO 1.2 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 3.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599967	ANGO MEDICAL SA DE CV 0595	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 4	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE ¿CUÁNTAS CAMAS REQUIEREN REVISAR DE FORMA SIMULTÁNEA PARA LA CENTRAL DE MONITOREO?	EL NÚMERO DE CAMAS ESTÁ DESCRITO EN EL PUNTO 1.2 DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 4.
599968	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. 2.- CONDICIONES DE ENTREGA	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO, O ESTE PLAZO PODRÁ AUMENTAR POR CAUSAS IMPUTABLES AL HOSPITAL, SI CUMPLIDO EL TÉRMINO DE 90 DÍAS, AÚN NO SE HAN REALIZADO LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA QUE LOS PROVEEDORES COMIENCEN LA INSTALACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	SE INFORMA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER DENTRO DEL PERÍODO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 "CONDICIONES DE ENTREGA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" DE LA CONVOCATORIA, Y LA INSTALACIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 14 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA. SIN EMBARGO DICHO PLAZO PODRÁ AMPLIARSE POR CASUSAS IMPUTABLES A LA UNIDAD HOSPITALARIA.
599969	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. 1.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, A EFECTO DE CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONE LOS PLANOS DE LAS PARTIDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599972	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 54	531.254.0155 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA. NUMERAL 2.1. INYECTOR DUAL PARA MEDIOS DE CONTRASTE PARA APLICACIONES CARDÍACAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO INYECTOR QUE NO REQUIERA JERINGAS PARA SU USO, CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS: INYECTOR DUAL CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS, CON MANTENEDOR DE CALOR DE MEDIO DE CONTRASTE INTEGRADO, CAPACIDAD DE HASTA 2 MEDIOS DE CONTRASTE DE 500 ML Y SOLUCIÓN SALINA DE 2000 ML MÁX. CUENTA CON REGISTRO SANITARIO. LO ANTERIOR REPRESENTA INNOVACION TECNOLOGICA, MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE Y MENOR MERMA EN EL USO DE MEDIOS DE CONTRASTE. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0596

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599973	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO 0597	ANEXO 1.2, PARTIDA 54	531.254.0155 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA. NUMERAL 3.1. 30 JUEGOS DE DOS JERINGAS PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS PERMITA ENTREGAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE: -MANGUERA DE BOMBA QUE PUEDE UTILIZARSE DURANTE 24 HORAS PARA UN NÚMERO ILIMITADO DE INYECCIONES. CLAVE 379.903.4461.00.01 DESCRIPCIÓN: TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, DOS SON PARA LOS CONTRASTES Y UNO ES PARA LA SOLUCIÓN SALINA, INTEGRADO CON UNA UNIDAD DE DETECTOR DE PRESION Y UNA UNIDAD DE FILTRO DE PARTICULAS DESECHABLE, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. -MANGUERAS DE PACIENTE, DEBE CAMBIARSE PARA CADA NUEVO PACIENTE. CLAVE 379.903.4396.00.02 DESCRIPCIÓN: TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS ANTI-REFLUJO QUE NO CONTIENE PIROGENO NI LATEX PARA INYECCIONES DE MEDIOS DE CONTRASTE, MANGUERA DESECHABLE Y ESTERIL AMBOS CONSUMIBLES CUENTA CON REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIA A OTROS PARTICIPANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599974	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 55	531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO. NUMERAL 2.2. INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE DE AL MENOS UN CABEZAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO INYECTOR QUE NO REQUIERA JERINGAS PARA SU USO, CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS: INYECTOR DUAL CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS, CON MANTENEDOR DE CALOR DE MEDIO DE CONTRASTE INTEGRADO, CAPACIDAD DE HASTA 2 MEDIOS DE CONTRASTE DE 500 ML Y SOLUCIÓN SALINA DE 2000 ML MÁX. CUENTA CON REGISTRO SANITARIO. LO ANTERIOR REPRESENTA INNOVACION TECNOLOGICA, MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE Y MENOR MERMA EN EL USO DE MEDIOS DE CONTRASTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0598

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599975	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO 0599	ANEXO 1.2, PARTIDA 55	531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO. NUMERAL 3.1. 50 JERINGAS PARA INYECTOR COMPATIBLE CON EL OFERTADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS PERMITA ENTREGAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE: -MANGUERA DE BOMBA QUE PUEDE UTILIZARSE DURANTE 24 HORAS PARA UN NÚMERO ILIMITADO DE INYECCIONES. CLAVE 379.903.4461.00.01 DESCRIPCIÓN: TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, DOS SON PARA LOS CONTRASTES Y UNO ES PARA LA SOLUCIÓN SALINA, INTEGRADO CON UNA UNIDAD DE DETECTOR DE PRESION Y UNA UNIDAD DE FILTRO DE PARTICULAS DESECHABLE, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. -MANGUERAS DE PACIENTE, DEBE CAMBIARSE PARA CADA NUEVO PACIENTE. CLAVE 379.903.4396.00.02 DESCRIPCIÓN: TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS ANTI-REFLUJO QUE NO CONTIENE PIROGENO NI LATEX PARA INYECCIONES DE MEDIOS DE CONTRASTE, MANGUERA DESECHABLE Y ESTERIL AMBOS CONSUMIBLES CUENTA CON REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIA A OTROS PARTICIPANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599976	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.1.1.- POTENCIA DE 30 KW. Ó MAYOR. BUSCANDO EL MÁXIMO BENEFICIO PARA EL PACIENTE Y LOS ESPECIALISTAS DE LA SALUD, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON POTENCIA DE 2.5KW, MISMO QUE GRACIAS A SU TECNOLOGÍA ÚNICA PERMITE ESTUDIOS PRECISOS Y DE CALIDAD CON BAJAS DOSIS DE RADIACIÓN. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES 0600
599977	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.1.2.- CORRIENTE DE 300 MA O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CORRIENTE DE TUBO DE 35MA, EL CUAL GRACIAS AL SISTEMA ULTRA SENSIBLE, PERMITE TENER UN BAJO CONSUMO DE ENERGÍA SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	NO SE ACEPTA
599978	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.1.3.- AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE 40 KV. O MENOR A 125 KV. Ó MAYOR EN PASOS DE 1 KV. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UN RANGO DE VOLTAJE DE TUBO DE ENTRE 40 Y 100KV, EL CUAL GRACIAS AL SISTEMA ULTRA SENSIBLE, PERMITE TENER UN BAJO CONSUMO DE ENERGÍA SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599979	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV 0601	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.1.4.-TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 3.5 MS O MENOR A 2 SEG. O MAYOR. GRACIAS A LA NUEVA TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SE HA LOGRADO UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA DOSIS REQUERIDA PARA UN ESTUDIO, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON TIEMPOS DE EXPOSICIÓN DE 1MS A 1S. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
599980	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.2.1.- DOS PUNTOS FOCALES DE 1.3 MM. Ó MENOR Y DE 0.7 MM. O MENOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON 1 PUNTO FOCAL NOMINAL 1.2 MM. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599981	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.2.2.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300 KHU. Ó MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ÁNODO DE 50KHU, YA QUE GRACIAS A LA TECNOLOGÍA ULTRA SENSIBLE DE DETECCIÓN DEL FABRICANTE, ES POSIBLE REDUCIR EL TAMAÑO, PESO Y RUIDO DEL TUBO DE RX SIN SACRIFICAR LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599982	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.2.4.- ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180 Y -180° O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ROTACIÓN DEL TUBO DE +/- 165°, YA QUE EL TAMAÑO PEQUEÑO Y PESO LIGERO DEL EQUIPO PERMITE UNA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD SUPERIORES A EQUIPOS. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	NO SE ACEPTA 0602
599983	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.2.6.- ROTACIÓN DE LA COLUMNA O BRAZO SOBRE SU PROPIO EJE DE +90° Y -90° O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ROTACIÓN DE LA COLUMNA DE +/- 15°, YA QUE SU GRAN CAPACIDAD DE GIRO Y DESPLAZAMIENTO LE DAN UNA MOVILIDAD EXCEPCIONAL EN SITIOS ESTRECHOS O DE DIFICIL ACCESO. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	NO SE ACEPTA
599984	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.3.3.- PLANO DE SELENIO AMORFO (A-SE), SILICIO O SILICÓN AMORFO (A-SI) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO EL CUAL INCLUYE UN DETECTOR DIGITAL DE YODURO DE CESIO, CUYA TECNOLOGÍA DE PUNTA LO HACE SÚPER SENSIBLE A LAS EXPOSICIONES, MEJORANDO LAS IMÁGENES MEDIANTE SOFTWARE ESPECIALIZADO. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599985	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV 0603	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 28	531.341.2479 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. NUMERAL 1.17.- PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA LCD O TFT DE 19" O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PANTALLA PLANA TOUCH DE 12", LA CUAL ES PERFECTA PARA LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO MENCIONADO, OTORGANDO UN SISTEMA ACCESIBLE, RÁPIDO Y PRÁCTICO PARA LA MANIPULACIÓN DEL EQUIPO Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
599986	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PART- 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS	ESPECIFICAN EN EL PUNTO 1.2.- POTENCIA DE SALIDA DENTRO DEL RANGO DE 5KW O MENOR A 7KW O MAYOR, SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR POTENCIA DE SALIDE DE 4 KW O MAYOR, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599987	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PART- 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS	ESPECIFICAN EN EL PUNTO 1.7.2.- MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -190° O MAYOR A +180° O MAYOR., SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -135° O MAYOR A +180° O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599988	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PART- 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS	ESPECIFICAN EN EL PUNTO 1.10.1.- RANGO DE FUERZA DE COMPRESIÓN DE 29N O MENOR A 176N O MAYOR., SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RANGO DE FUERZA DE COMPRESIÓN MÁXIMA DE 20 N. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599989	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PART- 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS	ESPECIFICAN EN EL PUNTO1.19.6.- DOSIS ADICIONAL POR TOMOADQUISICIÓN NO DEBERÁ REBASAR 3 MGY BAJO CONDICIONES DE REFERENCIA POR PROYECCIÓN, CONFORME A LA NOM VIGENTE. ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA NOM 229-SSA DEL MODELO DE EQUIPO A OFERTAR, ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, SE DEBE REFERENCIAR EN LOS DOCUMENTOS DEL EQUIPO A OFERTAR
599990	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO PART- 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS	ESPECIFICAN EN EN EL 1.22.- MAMOGRAFÍA CON REALCE DE CONTRASTE (CEM). ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DE SE PODRÁ OFERTAR IMAGEN DE MASTOGRAFÍA CON AJUSTE DE LA IMAGEN 2D, CONTRASTE,	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				NITIDEZ, BRILLO VISIBILIDAD DE LA PIEL. ¿SE ACEPTA	0604
599991	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICA PART-53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS	ESPECFICAN EN EL PUNTO 1.2.- POTENCIA DE SALIDA DENTRO DEL RANGO DE 5KW O MENOR A 7KW O MAYOR, SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR POTENCIA DE SALIDE DE 4 KW O MAYOR, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599992	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICA PART-53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS	ESPECIFICAN EN EL PUNTO 1.9.2.- MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -190° O MAYOR A +180° O MAYOR., SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -135° O MAYOR A +180° O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599993	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICA PART-53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS	ESPECIFICAN EN EL PUNTO 1.12.1.- RANGO DE FUERZA DE COMPRESIÓN DE 29N O MENOR A 176N O MAYOR., SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RANGO DE FUERZA DE COMPRESIÓN MÁXIMA DE 20 N. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
599994	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICA PART-53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS	ESPECIFICAN EN EL PUNTO1.22.6.- DOSIS ADICIONAL POR TOMOADQUISICIÓN NO DEBERÁ REBASAR 3 MGY BAJO CONDICIONES DE REFERENCIA POR PROYECCIÓN, CONFORME A LA NOM VIGENTE. ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA NOM 229-SSA DEL MODELO DE EQUIPO A OFERTAR, ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, SE DEBE REFERENCIAR EN LOS DOCUMENTOS DEL EQUIPO A OFERTAR
599995	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICA PART-53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS	ESPECIFICA EN EL 1.25.- MAMOGRAFÍA CON REALCE DE CONTRASTE (CEM). ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DE SE PODRÁ OFERTAR IMAGEN DE MASTOGRAFÍA CON AJUSTE DE LA IMAGEN 2D, CONTRASTE	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
599996	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICA PART-53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS	ESPECIFICAN EN EL PUNTO 2.2.- ROBOT QUEMADOR DE CD/DVD PARA ESTUDIOS DE ESTEROTAXIA, COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE UN ROBOT QUEMADOR DE CD/DVD PARA ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍA COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. ¿ SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO, ES UN UN ROBOT QUEMADOR EXTRA DEL LECTOR DE DISCO QUE USUALMENTE TRAE LA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0605				ESTACIÓN DE TRABAJO.
599997	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICAPART 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	SIN REFERENCIA: SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR LA NOMENCLATURA O SOFTWARE QUE MANEJA CADA CASA COMERCIAL, EN EL ENTENDIDO QUE SE ESTARÁ OFERTANDO LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, PERO DEBERÁ CUMPLILR CON LO SOLICTADO EN EL ANEXO 1.2 DE LA FICHA TÉCNICA
599998	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICAPART 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	REFERENCIA PUNTO 1.1.2. LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA ES EXCLUSIVA DE UN PROVEEDOR, LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SIN EMBARGO EL VALOR DE 125 KV NO REPRESENTA UNA VENTAJA DE OPERACIÓN CLÍNICA, YA QUE LA PENETRACIÓN DE LOS RAYOS X ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DE POTENCIA DEL EQUIPO, AUNADO A QUE SOLICITAN UNA POTENCIA DE AL MENOS 15 KW, ES DECIR, YA CON ESTE VALOR DE POTENCIA SE ESTÁ GARANTIZANDO PODER REALIZAR AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DÓNDE SE REQUIERE CONTAR CON VALORES DE KV Y MA NECESARIOS POR EJEMPLO, UNA TOMA LATERAL DE COLUMNA, QUE ES DE LAS TOMAS MÁS DIFÍCIL DE OBTENER. ADEMÁS, NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON UN GENERADOR DE POTENCIA DE 25 KW, QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, LO QUE GARANTIZA OBTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD SIN DEMERITAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. POR TODO LO ANTERIOR PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE SE PERMITA OFERTAR "KV DE 40 A 120". ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
599999	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICAPART 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	REFERENCIA PUNTO 1.4.3.PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE EL TAMAÑO DE DETECTOR A OFERTAR SEA DE 30 X 30 CM, YA QUE CON ESTE TAMAÑO SE GARANTIZA OBTENER UNA MAYOR COBERTURA, POR EJEMPLO EN ESTUDIOS DE CADERA Y LOS PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS. EL TAMAÑO ORIGINAL SOLICITADO DE 20 X 20 CM LIMITARÁ LA COBERTURA Y LIMITARÁ LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0606
600000	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICAPART 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	REFERENCIA PUNTO 1.10.1.PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR DOS PANTALLAS LCD O TFT DE 19" O MAYOR, ESTA MEDIDA ES SUFICIENTE PARA QUE EL ESPECIALISTA PUEDA CONTAR CON UNA EXCELENTE VISION DURANTE EL POCEDIMIENTO, LO ANTERIOR NO DEMERITA LA CALIDAD DEL ESTUDIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600001	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICAPART 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	REFERENCIA PUNTO 1.10.3. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR UN CD-R O DVD Y USB ESTOS DEBERÁN ESTAR INTEGRADOS AL EQUIPO O A LA CONSOLA DE CONTROL MÓVIL. ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600002	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICAPART 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	REFERENCIA PUNTO 2.2. ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN Y LAS CUBIERTAS ESTERILIZABLES ES PARA EL DETECTOR ¿ES CORRECTO?	LAS CUBIERTAS SON PARA EL DETECTOR, EL ARCO EN C, DEBIDO A QUE ESTOS ENTRAN EN CONTACTO CONEL CAMPO QUIRÚRGICO
600003	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICAPART 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	REFERENCIA PUNTO 2.2.POR TEMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FUNDAS ESTÉRILES DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES,
600004	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	FICHA TECNICAPART 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	PUNTO 4.3.3. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA DE DISTRIBUCION NOTARIZADA Y APOSTILLADA OTORGADA POR PARTE DEL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO. ¿ES CORRECT	DEBRÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, APARTADO 6.4 "CARTA DE APOYO" Y ATENDER AL

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0607				INCISO QUE LE CORRESPONDA.
600005	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	PUNTO 6.12 CAPACITACION	EN EL PUNTO 5 DICE PROPORCIONAR CAPACITACION DE TECNOVIGILANCIA AL PERSONAL USUARIO SOBRE MINIMIZACIÓN DE RIESGOS DEL EQUIPO ADJUDICADO, DICHA CAPACITACION SERA IMPARTIDA POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA. ENTENDEMOS QUE LA CAPACITACION SERÁ IMPARTIDA POR LA CONVOCANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CAPACITACIÓN SERÁ IMPARTIDA POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA DEL PROVEEDOR
600006	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	PENAS CONVENCIONALES	DICE: CUANDO LA APERTURA E INSTALACIÓN DEL BIEN (ANEXO 1.7) NO SE LLEVE A CABO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 14 DÍAS NATURALES, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PERIODO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ENTENDEMOS QUE ESTO SÓLO ÁPLICA CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES AL PROVEEDOR Y NO AL COMPRADOR. ¿ES CORRECTO?	SI CON COMPRADOR SE REFIERE A LA CONVOCANTE, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
600007	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	PENAS CONVENCIONALES	DICE: CUANDO LA CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA UNIDAD HOSPITALARIA CONFORME AL PUNTO 6.12 NO SE LLEVE A CABO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. ENTENDEMOS QUE ESTO SÓLO ÁPLICA CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES AL PROVEEDOR Y NO AL COMPRADOR. ¿ES CORRECTO?	SI CON COMPRADOR SE REFIERE A LA CONVOCANTE, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
600008	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	OTROS	GENERAL	ENTENDEMOS QUE NO ES OBLIGATORIA VINCULAR LOS ARCHIVOS. ES CORRECTO?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600009	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	VISITA A LAS INSTALACIONES	ENTENDEMOS QUE NOS PROPORCIONARAN LOS PLANOS DE LA UNIDAD MEDICA EN ARCHIVO .CAD PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES. ¿ES CORRECTO?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600013	MAINEQ DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	6.11 ADECUACIONES EN AREAS PRESUPUESTADAS DE MANERA INDEPENDIENTE AL COSTO DEL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL COSTO DE LAS ADECUACIONES SERA CUBIERTO POR LA UNIDAD HOSPITALARIA O BIEN SERA CONSIDERADO DENTRO DEL MONTO ADJUDICADO AL LICITANTE GANADOR. FAVOR DE ACLARAR	EL COSTO DE LAS ADECUACIONES SERA CUBIERTO POR LA UNIDAD HOSPITALARIA 0608
600014	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	6 PROPUESTA TECNICA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI CUANDO INDIQUE QUE SE TIENE QUE DIGITALIZAR LA FIRMA SE REFIERE A EL ESCANEO DE LA FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL. FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACION
600015	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	6.9 GUIA MECANICA Y ELECTRICA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PUEDA PROPORCIONAR LOS PLANOS DEL HOSPITAL PARA GENERAR LAS GUIAS MECANICAS CONFORME A LAS MEDIDAS Y ESPACIOS DE LA UNIDAD. SE ACEPTA?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600016	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EQUIVALENTE O SUPERIOR, Y ASÍ NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
600017	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL	ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS NO VIENEN DE FORMA TEXTUAL EN NUESTROS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR A TRAVÉS DE IMÁGENES QUE ESTÉN EN LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERISTICA TECNICA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
600018	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO NOS SEAN POSIBLE REFERENCIAR EN CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600019	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO 0609	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE PUNTO 1.2.2	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PEMITA OFERTAR AJUSTE VERTICAL DE POR LO MENOS 82 CM, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS FABRICANTES
600020	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE PUNTO 1.2.4.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISEÑO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO LAMINAR, LIMITANDO ASÍ EL RIESGO DE INFECCIÓN Y CONTRIBUYENDO A AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE SOLICITA COMPATIBILIDAD DE FLUJO LAMINAR EN LA LÁMPARA DE CIRUGIA
600021	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE PUNTO 1.2.4.1	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABEZAL COMPUESTO POR TRES MÓDULOS CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, CON SUPERFICIE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN DE POLIMETACRILATO DE METILO (PMMA) RESISTENTE CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS, RALLADURAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600022	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE PUNTO 1.2.5.1	NO EXISTE UNA LÁMPARA EN EL MERCADO QUE ASEGURE LA ELIMINACIÓN DE SOMBRAS, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE LA LUZ Y LA PROYECCIÓN DE LA MISMA AL ENCONTRARSE UN OBJETO ÉSTE GENERARÁ UNA SOMBRA, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR REDUCCIÓN DE SOMBRAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600023	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.3.2	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PEMITA OFERTAR AJUSTE VERTICAL DE POR LO MENOS 98 CM, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaracion	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	0610
600024	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.1	NO EXISTE UNA LÁMPARA EN EL MERCADO QUE ASEGURE LA ELIMINACIÓN DE SOMBRAS, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE LA LUZ Y LA PROYECCIÓN DE LA MISMA AL ENCONTRARSE UN OBJETO ÉSTE GENERARÁ UNA SOMBRA, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR REDUCCIÓN DE SOMBRAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS FABRICANTES
600025	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.2.1	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABEZAL CON 60 LED´S MONOCROMATICOS COMO MÍNIMO, SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE HASTA 160,000 LUXES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600026	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.3	ENTENDEMOS QUE LA TEMPERATURA DE COLOR ESTAR DENTRO DEL RANGO DE 4,200 A 5,500 KELVIN, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR INFERIOR A 5,500 KELVIN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION
600027	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.3	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE POR LO MENOS 95%. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	EL PUNTO 1.4.3. NO HACE REFERENCIA AL INDICE DE RENDIMIENTO
600028	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.5.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 19 A 24 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
600029	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.6	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE POR LO MENOS 585 W/M2, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0611			LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
600030	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.8.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR A TRAVES DE TECLAS DE MEMBRANA UBICADAS AL RAS DE LA CÚPULA DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600031	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.9.5	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COLOR DE LA ILUMINCACIÓN AMBIENTAL, CON 4 VARIACIONES COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
600032	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISEÑO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO LAMINAR, LIMITANDO ASÍ EL RIESGO DE INFECCIÓN Y CONTRIBUYENDO A AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE SOLICITA COMPATIBILIAD DE FLUJO LAMINAR EN LA LÁMPARA DE CIRUGIA
600033	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.4.10	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABEZAL COMPUESTO POR TRES MÓDULOS CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, CON SUPERFICIE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN DE POLIMETACRILATO DE METILO (PMMA) RESISTENTE CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS, RALLADURAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600034	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.5.1	NUESTRA LÁMPARA CUENTA CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE BATERÍAS INTEGRADAS, POR LO ANTERIOR PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE SISTEMA EN LUGAR DEL UPS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600035	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.5.1	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LA RESPUESTA NO FUE NEGATIVA 0612
600036	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA PUNTO 1.5.1	EN EL ENTENDIDO QUE NOS PERMITAN OFERTAR UN SISTEMA DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE BATERÍAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCNATE NOS PERMITAN OFERTAR RESPALDO DE POR LO MENOS 1.5 HÓRAS CON CARGA CONTINUA DE LAS BATERÍAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
600037	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO 1.10.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ÉSTE PUNTO CON EL MOVIMIENTO DE FLEXIÓN/REFLEX Y ASÍ NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600038	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO 1.12	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MATERIAL DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, Y ASÍ NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600039	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO 1.13.1	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES LA MISMA DEL PUNTO 1.12.7, Y QUE DAREMOS CUMPLIMIENTO AL OFERTAR DESPLAZAMIENTO DE POR LO MENOS 22 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600040	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO 1.14, 1.14.1	ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR ALGUNO DE LOS DOS SISTEMA DE EMERGENCIA DE ESTOS PUNTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA, DEBE OFERTARSE AMBOS SISTEMAS DE EMERGENCIA
600041	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO 2.1.9	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO LA FUNCIONALIDAD DEL ACCESORIO PERMITA LA TOMA DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600042	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO 0613	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO 2.1.9	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOPORTE PARA CHASIS CON FIJACIÓN AL RIEL LATERAL, CON LO CUAL SE ASEGURA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CHASIS PARA LA PLACA Y LA TOMA CORRECTA DE LA MISMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO FUE NEGATIVA, LA RESPUESTA
600043	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TECNICAS. PARTIDA 55. PUNTO 1.2	ENTENDEMOS QUE LA TEMPERARURA ES UN VALOR QUE DEBE ESTAR DENTRO DEL RANGO DE 40-55 °C. ¿ES CORRECTO?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE CON UNA CARACTERISTICA DE LA UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO
600044	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TECNICAS. PARTIDA 55. PUNTO 3.1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE PUNTO ES RESTRICTIVA. SE SUGIERE SOLICITAR EL AGENTE ESTERILIZANTE PARA UNA CIERTA CANTIDAD DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PREGUNTA NO CORRESPONDE CON UNA CARACTERISTICA DE LA UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO
600045	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TECNICAS. PARTIDA 52. PUNTO 1.4	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN, SU SOLICITUD ESTÁ RESTRINGIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ADEMÁS, LA LICITACIÓN CONTEMPLA LA VISITA A LAS INSTALACIONES PARA ASEGURAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTEN LOS LICITANTES CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES SOLICITADAS, ADEMÁS DE QUE SE ENTREGARÁ LA GUIA MECÁNICA CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
600046	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TECNICAS. PARTIDA 52. PUNTO 1.10	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN AISLAMIENTO DE LANA MINERAL RECUBIERTA DE ALUMINIO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600047	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TECNICAS. PARTIDA 52. PUNTO 1.12.2.1.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE SÓLO UNA MARCA TIENE ESTE TIPO DE CICLO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600048	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TECNICAS. PARTIDA 52. PUNTO 1.12.3.4.4	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO QUE ESTE CICLO ESTÁ EN DESUSO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 0614
600049	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TECNICAS. PARTIDA 12.	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA LAVADORA SERÁ ALIMENTADA POR VAPOR DE UNA CALDERA CENTRAL, AL IGUAL QUE LOS ESTERILIZADORES? POR FAVOR ACLARE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
600050	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO. PLAZO DE ENTREGA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO A 120 DIAS DE MANERA GENERAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LAS CONDICIONES ENTREGA
600051	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 PUNTO 1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANE NOS PERMITA OFERTAR 2 ENTRADAS MONOPOLARES Y 2 ENTRADAS BIPOLARES/SELLADO DE VASOS LO QUE PERMITE UNA MAYOR CONEXIÓN DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN CIRUGIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600052	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 PUNTO 1.4.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS SALIDAS BIPOLAR/ BIPOLAR MODIFICADA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600053	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 PUNTO 1.4.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FORMACION DE SELLOS QUE SOPORTAN 360MMHG ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600054	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 PUNTO 1.10 Y 1.11	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONCOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN PEDAL QUE PUEDE SERVIR COMO MONOPOLAR Y BIPOLAR ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600055	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 PUNTO 2.2. Y 2.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONCOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN PEDAL QUE PUEDE SERVIR COMO MONOPOLAR Y BIPOLAR, MISMOS DEL PUNTO 1.10 Y 1.11¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600056	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 PUNTO 1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANE NOS PERMITA OFERTAR 2 ENTRADAS MONOPOLARES Y 2 ENTRADAS BIPOLARES/SELLADO DE VASOS LO QUE PERMITE UNA MAYOR CONEXIÓN DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN CIRUGIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600057	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 PUNTO 1.4.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS SALIDAS BIPOLAR/ BIPOLAR MODIFICADA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0615

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600058	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 PUNTO 1.4.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FORMACION DE SELLOS QUE SOPORTAN 360MMHG ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600059	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 PUNTO 1.10 Y 1.11	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONCOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN PEDAL QUE PUEDE SERVIR COMO MONOPOLAR Y BIPOLAR ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600060	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 PUNTO 2.2. Y 2.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONCOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN PEDAL QUE PUEDE SERVIR COMO MONOPOLAR Y BIPOLAR, MISMOS DEL PUNTO 1.10 Y 1.11¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
600061	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.3.1	ENTENDEMOS QUE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEBERA SER LA FIRMA AUTOGRAFA QUE COINCIDA CON LA FIRMA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL PRESENTADA INDEPENDIENTEMENTE SEA DIGITALIZADA O NO. ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
600062	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2, 6.3.1. Y 6.3.2	SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EL AHORRO DE RECURSOS MATERIALES Y NO DESPERDICIAR PAPEL, SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA OFERTA DIGITALIZADA SIN TENER QUE HACER IMPRESIONES QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE LA PROPUESTA DEBERÁ SER PRESENTADA COMO SE SOLICITA, ES DECIR, EN PAPEL MEMBRATO, FIRMADO Y CON EL FOLIO CORRESPONDIENTE Y EN SU CASO, EN LOS FORMATOS EDITABLES. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.11 FORMA DE PRESENTAR LA PROPOSICION, LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 34 DE LA LAASP, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, LAS PROPOSICIONES SERÁN ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL LOS LICITANTES DEBERÁN UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EL SISTEMA COMPRANET. DICHO SISTEMA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				0616	GENERARÁ EL SOBRE CON LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS QUE RESGUARDAN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DE TAL FORMA QUE SEA INVIOLABLE.
600063	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO. NUMERAL 2	SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A 120 DIAS NATURALES PARA LAS PARTIDAS 8, 10, 12, 13, 51 Y 52 YA QUE SON EQUIPOS DE ESPECIALIDAD Y SU TIEMPO DE FABRICACION Y LOGISTICA DE ENVIO ES MAYOR A LA DE OTROS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LAS CONDICIONES ENTREGA
600064	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1.	NUMERAL 6.1. ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600065	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2. 0617	NUMERAL 6.2. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN DICE: 1. ESCRITO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE (ANEXO 2) "FORMATO PARA ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA", DE LA CONVOCATORIA, EN DICHO DOCUMENTO DEBERÁN INCLUIR LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, EN QUE RECIBIRÁN CUALQUIER NOTIFICACIÓN RELATIVA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. AL TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER ELECTRÓNICO, QUE SE FIRMARA CON FIRMA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL SAT, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA PROPOSICIÓN CON FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.11 FORMA DE PRESENTAR LA PROPOSICION, LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA. EN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA E.FIRMA. SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ENVIADO A TRAVÉS DE COMPRANET NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER CAUSA AJENA A LA CONVOCANTE. NO OBSTANTE LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL 6.2 DOCUMENTACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				0618	DISTINTA A LA PROPOSICION, NUMERO 4 LA FIRMA DEBERA COINCIDIR CON LA SEÑALADA EN LA IDENTIFICACION OFICIAL PRESENTADA.
600066	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 5, VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA PUNTO 6.8, CONSTANCIA DE VISITA PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE REALIZARÁ LAS ADECUACIONES NECESARIAS Y/O EN CASO DE REQUERIR OBRA CIVIL, INCLUYENDO LAS GUÍAS MECÁNICAS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, ASÍ COMO EL DESGLOSE DEL COSTO DEL EQUIPO Y DE CITADAS ADECUACIONES DE ACUERDO CON CADA ANEXO TÉCNICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LO REFERENCIADO EN LOS PUNTOS 5 Y 6.8 DEL ANEXO 1 ANEXO TECNICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600067	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV 0619	TÉCNICO	ANEXO 1	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 6.3, REGISTRO SANITARIO DICE: 6.3.1.1.1 REGISTRO SANITARIO VIGENTE: EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, ANVERSO Y REVERSO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 190-BIS DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE YA QUE LOS FABRICANTES NOS PROPORCIONAN DE MANERA DIGITAL LOS REGISTROS SANITARIOS NOS PERMITA PRESENTAR SOLO EL ANVERSO DE ESTOS SIN QUE ESTO SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600068	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 6.4. CARTA DE APOYO DICE: B) EN CASO DE QUE EL OFERENTE COMPRE AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O AL FABRICANTE. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO AL OFERENTE EN HOJA MEMBRETADA CON SELLO Y FIRMA ORIGINAL DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. AL TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER ELECTRÓNICO, ENTENDEMOS QUE DEBEREMOS PRESENTAR LA CARTA DEL FABRICANTE ESCANEADA DE LA ORIGINAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE PRESENTAR LA CARTA DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ESCANEADA DE LA ORIGINAL

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600069	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 6.4. CARTA DE APOYO DICE: B) EN CASO DE QUE EL OFERENTE COMPRE AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O AL FABRICANTE. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO AL OFERENTE EN HOJA MEMBRETADA CON SELLO Y FIRMA ORIGINAL DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. YA QUE LOS FABRICANTES EN OCASIONES NO CUENTAN CON SELLO ALGUNO, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CARTA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, AUNQUE NO CUENTE CON SELLO Y QUE LA FALTA DE ESTE NO SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA 0620
600070	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME, ¿EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS FECHAS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SE DEBERAN DE ESTABLECER EN EL FORMATO DE APERTURA INSTALACION DEL BIEN (ANEXO 1.7), ESTE FORMATO SOLO LO DEBERA DE ELABORAR EL LICITANTE ADJUDICADO.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600071	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO 0621	ANEXO 1.1, PARTIDA 6	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES 3.4.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, FUNDAMENTADO EN QUE SOLO UNA MARCA EN EL MERCADO CUMPLE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, PARA OBTENER UNA RELACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL FLUIDA Y SIN RETRASOS RESPECTO AL FILTRO BAJO, SE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 48 KHZ, LA CUAL BRINDA UN MEJOR CONTROL DE LA MISMA, YA QUE CON LA RESOLUCIÓN A OFERTAR LO CUAL ES TECNOLOGÍA SUPERIOR, NOS OFRECE UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LA SEÑAL ADQUIRIDA DEL PACIENTE, POR LO CUAL NO REQUIERE UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 60 KHZ, LO ANTERIOR NO LIMITA EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL EQUIPO EN CUMPLIMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600072	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 6	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES 3.4.4.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON UN FILTRO ALTO QUE CUBRE EL RANGO DE 30 HZ A 20 KHZ, ESTE RANGO MAXIMIZA LA FIDELIDAD DE LA SEÑAL, DEBIDO A QUE EL ANCHO DE BANDA DE LA SEÑAL DEL EMG SE UBICA EN EL RANGO DE 40 A 10 KHZ, CUMPLIENDO AMPLIAMENTE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600073	INNOVACION MEDICA Y TECNQLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 6	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES 5.2.1 ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO, QUE EL OFERTAR UNIDADES DE NV/DIVISIÓN HASTA MV/DIVISIÓN NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DEBIDO A QUE ES TECNOLOGÍA SUPERIOR Y PERMITE AL USUARIO ANALIZAR Y VISUALIZAR CON MEJOR ENTENDIMIENTO LA SEÑAL MUSCULAR OBTENIDA PARA OTORGAR UN CORRECTO DIAGNOSTICO Y A SU VEZ TRATAMIENTO, SIENDO ESTO UNA VENTAJA PARA LA UNIDAD HOSPITALARIA, DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0622
600074	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 6	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES 20.1 Y 20.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CABLES TRONCALES REUTILIZABLES POR CADA CAJA DE ELECTRODOS DE AGUJA MONOPOLAR DE ACERO INOXIDABLE DESECHABLE O EN SU CASO LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUANTOS CABLES TRONCALES OFERTAR POR CAJA, LO ANTERIOR CUMPLE LA FUNCIÓN DE ENTREGAR LA MISMA CALIDAD DE SEÑAL EN EL EQUIPO, PROVENIENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS DEL PACIENTE, AUNADO A ELLO, PERMITE AL SER CABLES REUTILIZABLES, REALIZAR MAYOR CANTIDAD DE ESTUDIOS AL SER PARA USO EN MÁS DE UN PACIENTE. ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600075	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 9	PARTIDA 9. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DEL PUNTO 1.2.1. TODA VEZ QUE LA FUNCIÓN DE ROTACIÓN PUEDE SER CUMPLIDA SI LA BASE O EL BRAZO ROTAN, AL TRATARSE DE UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA, SIN QUE ELLO AFECTE EL FUNCIONAMIENTO NI EL FIN PARA EL CUAL FUE DISEÑADO EL EQUIPO, CONFORME AL ARTICULO 29 DE LAASSP CON LA FINALIDAD DE NO ESTABLECER REQUISITOS QUE LIMITEN "EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA", SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0623			CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA VERSIÓN MÓVIL, QUE CUENTE CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE POSICIONADAS ESTRATÉGICAMENTE PARA HACER UNA ROTACIÓN DE 360°. ¿SE ACEPTA?	
600076	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 9	PARTIDA 9. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DEL PUNTO 1.3.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UNA ILUMINACIÓN SIN SOMBRAS CON LUZ DE PROFUNDIDAD SIMULTÁNEA PARA CAVIDADES CORPORALES PROFUNDAS Y UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE: L1+L2 A 20% DE 945 MM, YA QUE DE ACUERDO CON EL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD (CENETEC) QUE ESTABLECE EN LA "GUÍA TECNOLÓGICA NO. 14 PARA LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"; EL CAMPO ILUMINADO DEBE DE TENER UNA PROFUNDIDAD DE CAMPO DE TRABAJO DE 70 CM COMO MÍNIMO, SIENDO ASI, SUPERIOR, POR LO QUE NO AFECTA LA CALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600077	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 9	PARTIDA 9. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DEL PUNTO 1.3.3 SE ENTIENDE QUE AL OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE BRINDA UNA SELECCIÓN DE TEMPERATURA EN CINCO PASOS: 3500, 4000, 4500, 5000 Y 5500 KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO, CONTANDO, POR LO TANTO, CON UN RANGO MÁS AMPLIO PARA ESTE PUNTO, ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	0624
600078	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 9	PARTIDA 9. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DEL PUNTO 1.3.5.2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE: L1+L2 A 20% DE 945 MM, YA QUE DE ACUERDO CON EL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD (CENETEC) QUE ESTABLECE EN LA "GUÍA TECNOLÓGICA NO. 14 PARA LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"; EL CAMPO ILUMINADO DEBE DE TENER UNA PROFUNDIDAD DE CAMPO DE TRABAJO DE 70 CM COMO MÍNIMO, SIENDO ASI, SUPERIOR, POR LO QUE NO AFECTA LA CALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600079	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 9	PARTIDA 9. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DEL PUNTO 1.3.11.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, OFERTAR DURACIÓN DE LA BATERÍA CON UNA BATERÍA EN INTENSIDAD MÁXIMA DE 3,5 HORAS, ESTO NO DEMERITA EL USO DEL BIEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLLIICITADO EN LA CONVOCATORIA
600080	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 9	PARTIDA 9. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DEL PUNTO 1.3.11.3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, OFERTAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO CON UNA BATERÍA, DANDO UNA DURACIÓN DE ÉSTA EN INTENSIDAD MÁXIMA DE 3,5 HORAS, ESTO NO DEMERITA EL USO DEL BIEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLLIICITADO EN LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600081	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO 0625	ANEXO 1.1, PARTIDA 9	PARTIDA 9. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SU APRECIACIÓN ES CORRECTA
600082	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 15	PARTIDA 15. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA DEL PUNTO 1.12. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL PUNTO SE REPITE Y SI DEBE DE OFERTARSE EN AMBOS PUNTOS.	ES CORRECTO EL NUMERAL SE REPITE Y DEBE OFERTARSE AMBAS CARACTERISTICAS
600083	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 15	PARTIDA 15. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA DEL PUNTO 1.12. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON EL FABRICANTE, UNA MESA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600084	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 15	PARTIDA 15. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA DEL PUNTO 1.12.3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA REFERENCIAR PARA ESTE PUNTO "POSICIÓN DE FLEX", LA CUAL PERMITE DAR LA POSICIÓN DE KRASKE O NAVAJA SEVILLANA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO REFERENCIE QUE ES LA MISMA POSICION
600085	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1, PARTIDA 15	PARTIDA 15. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA DEL PUNTO 2.1.10 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUIDA EN LA MESA EN LA SECCIÓN DE PELVIS, LO ANTERIOR NO AFECTA LA EXTENSA DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA MESA, CUMPLIENDO CON LA FUNCIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600086	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS TODOS LOS PUNTOS.	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL PRESENTAR PROPUESTAS TÉCNICAS CON TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS, ¿ES	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	0626
600087	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO PUNTO 1.2.	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4,128,768 MILLONES DE CANALES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600088	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.3.- TRANSDUCTOR	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR DE BANDA ANCHA DE 3.0 O MENOR A 8.0 O MAYOR, OFRECIENDO UN RANGO DE FRECUENCIAS SIMILARES A LAS SOLICITADAS, QUE EN CONJUNTO CON LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR PERMITEN OBTENER UNA CALIDAD DE IMAGEN BUENA, ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600089	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.3.-	ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S SE DEBERÁ OFERTAR EN EL TRANSDUCTOR CONVEXO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1.2., QUE ES EL ADECUADO PARA ESTA APLICACIÓN, YA QUE NO EXISTE EN EL MERCADO UN TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO QUE REALICE ESTUDIOS DE HÍGADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 2.1.3. SE DEBERÁ OFERTAR TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600090	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO 0627	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.4.-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR DE BANDA ANCHA DE 3.0 O MENOR A 8.0 O MAYOR, OFRECIENDO UN RANGO DE FRECUENCIAS SIMILARES A LAS SOLICITADAS, QUE EN CONJUNTO CON LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR PERMITEN OBTENER UNA CALIDAD DE IMAGEN BUENA, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL TRANSDUCTOR SEA ENDOCAVITARIO
600091	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.7-	LA SOLICITUD DE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO SE REPITE EN 3 OCASIONES EN LOS PUNTOS 2.1.3., 2.1.4., Y 2.1.7., POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS TRES PUNTOS SE DEBERA OFERTAR 1 SOLO TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600092	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.7-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR DE BANDA ANCHA DE 3.0 O MENOR A 8.0 O MAYOR, OFRECIENDO UN RANGO DE FRECUENCIAS SIMILARES A LAS SOLICITADAS, QUE EN CONJUNTO CON LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR PERMITEN OBTENER UNA CALIDAD DE IMAGEN BUENA, ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600093	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO 1.7.-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4,128,768 MILLONES DE CANALES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600094	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO 1.2.1.-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4,128,768 MILLONES DE CANALES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600095	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO 2.1.3.-	ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S SE DEBERÁ OFERTAR EN EL TRANSDUCTOR CONVEXO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1.2., QUE ES EL ADECUADO PARA ESTA APLICACIÓN, YA QUE NO EXISTE EN EL MERCADO UN TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO QUE REALICE ESTUDIOS DE HÍGADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 2.1.3. SE DEBERÁ OFERTAR TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "ELASTOGRAFO ULTRASONICO " DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 0628
600096	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO 2.1.3.-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR DE BANDA ANCHA DE 3.0 O MENOR A 8.0 O MAYOR, OFRECIENDO UN RANGO DE FRECUENCIAS SIMILARES A LAS SOLICITADAS, QUE EN CONJUNTO CON LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR PERMITEN OBTENER UNA CALIDAD DE IMAGEN BUENA, ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "ELASTOGRAFO ULTRASONICO " DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600097	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO 2.1.4.-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR DE BANDA ANCHA DE 3.0 O MENOR A 8.0 O MAYOR, OFRECIENDO UN RANGO DE FRECUENCIAS SIMILARES A LAS SOLICITADAS, QUE EN CONJUNTO CON LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR PERMITEN OBTENER UNA CALIDAD DE IMAGEN BUENA, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL TRANSDUCTOR SEA ENDOCAVITARIO
600098	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO 2.1.7-	LA SOLICITUD DE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO SE REPITE EN 3 OCASIONES EN LOS PUNTOS 2.1.3., 2.1.4., Y 2.1.7., POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS TRES PUNTOS SE DEBERA OFERTAR 1 SOLO TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "ELASTOGRAFO ULTRASONICO " DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600099	GERD YERIK SA DE CV 0629	TÉCNICO	PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO 2.1.7-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR DE BANDA ANCHA DE 3.0 O MENOR A 8.0 O MAYOR, OFRECIENDO UN RANGO DE FRECUENCIAS SIMILARES A LAS SOLICITADAS, QUE EN CONJUNTO CON LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR PERMITEN OBTENER UNA CALIDAD DE IMAGEN BUENA, ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "ELASTOGRAFO ULTRASONICO " DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600100	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 18 SISTEMA ECOGRAFICO. PUNTO 1.3.1.	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 882 CUADROS POR SEGUNDOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE 1900 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO
600101	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 18 SISTEMA ECOGRAFICO, PUNTO 1.19	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL DE 10.4 " PARA OPERACIÓN DEL EQUIPO , EN EL ENTENDIDO DE QUE LA PANTALLA DE OPERACIÓN NO TIENE NINGUN APORTE DIAGNOSTICO AL ESTUDIO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600102	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 18 SISTEMA ECOGRAFICO, PUNTO 2.1.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIA DE 2 A 10MHZ Y ADITAMENTO PARA BIOPSIA, PARA CUMPLIR CON LOS PUNTOS 2.1.3, 2.1.4 Y 2.1.7 YA QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SON SIMILARES PARA LOS 3 PUNTOS, ¿SE ACEPTA? EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA DIFERENCIA	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600103	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 18 SISTEMA ECOGRAFICO, PUNTO 2.1.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIA DE 2 A 10MHZ Y ADITAMENTO PARA BIOPSIA, PARA CUMPLIR CON LOS PUNTOS 2.1.3, 2.1.4 Y 2.1.7 YA QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SON SIMILARES PARA LOS 3 PUNTOS, ¿SE ACEPTA? EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA DIFERENCIA	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, ADEMAS DEBERA ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JÚNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600104	EYM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 18 SISTEMA ECOGRAFICO, PUNTO 2.1.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIA DE 2 A 10MHZ Y ADITAMENTO PARA BIOPSIA, PARA CUMPLIR CON LOS PUNTOS 2.1.3, 2.1.4 Y 2.1.7 YA QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SON SIMILARES PARA LOS 3 PUNTOS, ¿SE ACEPTA? EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA DIFERENCIA	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚMERO 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 0630
600105	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 PUNTO 1.1.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON RANGO DE KV DE 40 A 120, LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO YA QUE CUMPLIMOS CON LA POTENCIA DEL GENERADOR SOLICITADA DE 15 KW. POR OTRO LADO, EL EQUIPO QUE OFERTAMOS INCLUYE SOFTWARE PARA DETECTAR LA ANATOMÍA Y AJUSTAR LOS PARÁMETROS PARA PRODUCIR IMÁGENES DE ALTA CALIDAD. RECORDANDO QUE A MAYOR KV DISMINUYE EL CONTRASTE Y AUMENTA LA RADIACIÓN DISPERSA; EL AJUSTE AUTOMÁTICO DEL CONTRASTE EN TIEMPO REAL Y EN POSTPROCESO, LA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA ANATOMÍA Y LAS CONFIGURACIONES DE ADQUISICIÓN PREESTABLECIDAS, CONSTITUYEN UNA MEJORA TECNOLÓGICA QUE PRODUCE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD SIN APLICAR MÁS DOSIS DE LA NECESARIA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600106	NUDOMI SA DE CV 0631	TÉCNICO	PARTIDA 29 PUNTO 1.1.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 0.5 A 60 MA, LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO YA QUE CUMPLIMOS CON LA POTENCIA DEL GENERADOR SOLICITADA DE 15 KW Y SE PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-229-SSA1-2002 RESPECTO AL USO DE LA MENOR DOSIS POSIBLE CONFORME AL CONCEPTO ALARA, "TAN BAJO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE" (AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE), QUE ESTA NORMA DESCRIBE. ESTA EFICIENCIA EN EL DISPARO LA OBTENEMOS CON UNA EFICIENTE FILTRACIÓN DEL HAZ DE RAYOS X, EL AJUSTE AUTOMÁTICO Y EN TIEMPO REAL DE LOS PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN QUE SE ADAPTAN A LA ANATOMÍA, LAS FUNCIONES DE PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL PARA EVITAR ARTEFACTOS CAUSADOS POR METAL O MOVIMIENTO Y LA ALTA SENSIBILIDAD DE NUESTRO DETECTOR CON UNA EFICIENCIA CUÁNTICA DETECTABLE (DQE) DE 77% ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600107	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 PUNTO 1.13	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "LA OPCIÓN DE MEDICIÓN PERMITE MEDIR UNA DISTANCIA DE LA IMAGEN ACTUAL. ADEMÁS, PERMITE CALCULAR EL ÁNGULO ENTRE DOS LÍNEAS. TAMBIÉN SE PUEDEN LLEVAR A CABO MEDICIONES EN LAS IMÁGENES AMPLIADAS. EN LO QUE RESPECTA A LOS PROCEDIMIENTOS VASCULARES, LAS MEDICIONES PUEDEN PROPORCIONAR: MEDICIÓN DE DISTANCIA DE ARTERIAS Y VENAS. MEDICIÓN DE ÁNGULO OCASIONAL". ESTO NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN NI LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA,DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600108	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 PUNTO 2.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUBIERTAS ESTÉRILES DE TRES PIEZAS PARA TUBO, ARCO Y DETECTOR ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA,DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600109	NUDOMI SA DE CV	ECONÓMICO	6.3.2 PROPUESTA ECONÓMICA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SEA TAN AMABLE DE CONFIRMAR QUE FORMATO SE OCUPARÁ PARA LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA ¿SE DEBE PRESENTAR EL ANEXO 14 PROPOSICIÓN ECONÓMICA QUE VIENE DENTRO DE LAS BASES, O EL ANEXO 14 PROPOSICIÓN ECONÓMICA QUE VIENE EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA ES EL ANEXO 14. 0632
600110	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.6 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS	FAVOR DE CONFIRMAR QUE, EL NO RUBRICAR LA PROPUESTA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
600111	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION, NUMERAL 5.	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUCON FISCAL CON FECHA 27 O 28 DE JUNIO DE 2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION, NUMERO 5. LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CON UNA ANTIGÜEDAD POR LO MENOS DE QUINCE (15) PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.
600112	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION, NUMERAL 15.	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DEL SAT CON FECHA 27 O 28 DE JUNIO DE 2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION NUMERO 15 LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (S.A.T.) (32-D) VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0633				APERTURA DE PROPOSICIONES, CONSIDERANDO QUE EL MISMO TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE SU EMISION
600113	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.9 PROP. CONJ. SUBNUMERAL 9	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DEL SAT, OPINION DEL IMSS Y OPINION DE INFONAVIT CON FECHA 27 O 28 DE JUNIO DE 2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION NUMERO 15 LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (S.A.T.) (32-D) VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, CONSIDERANDO QUE EL MISMO TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE SU EMISION, CABE SEÑALAR QUE LA "OPINION DEL IMSS" Y "OPINION DE INFONAVIT" NO SON REQUISITOS DE PARTICIPACION DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
600114	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.9 PROP. CONJ. SUBNUMERAL 9	AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ENTERO DE DESCUENTOS DEL ÚLTIMO BIMESTRE ANTE EL IMSS. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LOS LICITANTES EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 3.9, SUBNUMERAL 9

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				0634	DE LA CONVOCATORIA, ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES), NO SIENDO OBLIGATORIO LA PRESENTACIÓN DE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.
600115	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.9 PROP. CONJ. SUBNUMERAL 9	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON EL ENTERO, NOS CONFIRME QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL SUA DEL IMSS PARA CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LOS LICITANTES EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 3.9, SUBNUMERAL 9 DE LA CONVOCATORIA, ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES), NO SIENDO OBLIGATORIO LA PRESENTACIÓN DE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		0635			OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.
600116	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.9 PROP. CONJ. SUBNUMERAL 9	EN CASO DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS CONFIRME CON QUÉ DOCUMENTO SE DEBERÁ CUBRIR ESTE REQUISITO.	NO ES OBLIGATORIO LA PRESENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.
600117	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION, NUMERAL 18, ANEXO 12.	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL ANEXO 12 ES INFORMATIVO Y QUE NO SE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 18, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE CONTRATO SIN REQUISITAR NINGUN DATO.
600118	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION, NUMERAL 21, ANEXO 16.	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL ANEXO 16 ES INFORMATIVO Y QUE NO SE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 21, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE FIANZA DE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				0636	CUMPLIMIENTO, SIN REQUISITAR NINGUN DATO.
600119	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION, NUMERAL 23, ANEXO 18.	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL ANEXO 18 ES INFORMATIVO Y QUE NO SE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 23, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL ESCRITO DE LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES , SIN REQUISITAR NINGUN DATO.
600120	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	6.12 CAPACITACION, NUMERAL 2	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN ESTE NUMERAL NO SE DEBERAN INTEGRAR LOS DIPLOMAS Y CONSTANCIAS, Y SOLO SE DBERÁ TRASNCIRBIR EL TEXTO DE ESTE NUMERAL	ES CORRECTO PARA EL NUMERAL 6.12 SOLO SE DEBERA ESCRIBIR EL TEXTO DE CADA UNO DE LOS SUBNUMERALES DE DICHO PUNTO, SIN EMBARGO SE DEBERA ADJUNTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL NUMERAL 6.14 PARA EL PERSONAL QUE OTORGARA LA CAPACITACION A LA UNIDAD HOSPITALARIA
600121	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PODEMOS PRESENTAR UN LISTADO DE AL MENOS 2 INGENIEROS. ¿ES CORRECTO?	EL PROVEDOR PARTICIPANTE DECIDE CUANTOS INGENIEROS ASIGNA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACION DE LAS PARTIDAS QUE OFERTA,

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0637				DEBIENDO CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6.14
600122	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS, NUMERAL 2	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS DEBERÁN SER ESCANEADOS O DIGITALIZADOS DEL ORIGINAL, EN VIRTUD DE SER UN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO. ¿ES CORRECTO?	PUEDE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS ESCANEADOS O DIGITALIZADOS DEL ORIGINAL O LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS DIGITALES CON SU CADENA DE AUTENTICIDAD
600123	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.7 FORMATO DE APERTURA E INSTALACION DEL BIEN	FAVOR DE CONFIRMAR QUE ANEXO 1.7 NO SE DEBE INTEGRAR A LA PROPUESTA, Y QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SN EMBARGO DEBE ATENDER LO INDICADO EN EL PUNTO 6.21 FORMATO DE APERTURA E INSTALACION DEL BIEN DEL ANEXO TÉCNICO
600124	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.8 FORM DE REP DE DESVIACIONES EN LA CALIDAD DE INSUMOS PARA LA SALUD	FAVOR DE CONFIRMAR QUE ANEXO 1.8 NO SE DEBE INTEGRAR A LA PROPUESTA, Y QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SN EMBARGO DEBE ATENDER LO INDICADO EN EL PUNTO 6.26 CARTA DE DESVIACION A LA CALIDAD DEL ANEXO TÉCNICO
600125	NUDOMI SA DE CV	OTROS	CARGA DE ARCHIVOS COMPRANET, LEGAL ADMINISTRATIVO	EN COMPRANET EN LA CARGA DE DOCTOS ADMINISITRATIVOS LEGALES SOLO EXISTEN 8 PARAMETROS Y EN EL NUMERAL 6.2 DESCRIBEN 28 DOCUMENTOS. AGRADECERMOS A LA CONVOCANTE PUEDAN ABRIR LOS PARAMETROS QUE FALTAN O NOS INDIQUE, EN QUÉ PARÁMETRO SE DEBERÁN CARGAR LOS 20 DOCUMENTOS QUE NO ESTAN EN LOS PARAMETROS PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LAS BASES.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.
600126	NUDOMI SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO 14	RESVIANDO EL SISTEMA COMPRANET, NO SE PUEDE CARGAR EL ANEXO 14 EN EL APARTADO ECONOMICO, POR LO QUE AGRADECEREMOS NOS PUEDA ABRIR EL PARAMETRO PARA SUBIR LA PROPUESTA EXCEL Y PDF FIRMADA	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁ EL PARAMETRO CORRESPONDIENTE PARA LA CARGA DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0638

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600127	NUDOMI SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO 14	EL SISTEMA COMPRANET REQUIERE SE DESCARGUE LA PLANTILLA ECONOMICA, POR LO QUE AGRADECERMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE DEBERÁ CARGAR LA PLANTILLA EXCEL O SE DEBERA PRESENTAR EL ANEXO 14 EN EXCEL Y PDF	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE DEBERÁ REQUISITAR CONFORME AL ANEXO 14 DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE HABILITARÁ EL PARAMETRO CORRESPONDIENTE.
600128	NUDOMI SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO 14	EN CASO DE QUE SE DEBA SUBIR EL ANEXO 14, AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE PARAMETRO SE DEBERA CARGAR EL FORMATO 14 PDF Y EXCEL.	LA CONVOCANTE HABILITARÁ EL PARAMETRO CORRESPONDIENTE PARA LA CARGA DEL ANEXO 14 EN FORMATO EXCEL Y PDF.
600129	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DE LAS BASES	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODAS LAS CARTAS, ESCRITOS Y ANEXOS DEBERÁN SER DIRIGIDOS A: MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ, DIRECTORA GENERA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	LA CONVOCANTE CONFIRMA QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
600473	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A LAS INSTALACIONES DICE: LOS LICITANTES DEBERAN DE ACUDIR DE MANERA OBLIGATORIA A LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA Y HORA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AQUELLAS EMPRESAS QUE NO SE ENCUENTREN REGISTRADAS EN LA LISTA DE ASISTENCIA Y PRESENTEN SU ANEXO 1.5 CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LA UNIDAD MÉDICA, ESTARÁN AUTOMÁTICAMENTE IMPOSIBILITADAS A OFERTAR TODA AQUELLAS PARTIDAS QUE SE COMTEMPLE EN EL CALENDARIO SEGÚN DÍA Y HORARIO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PAR ESAS PARTIDAS ¿ES CORRECTO?	LOS PROVEEDORES QUE NO ASISTAN A LA VISITA, QUE NO ESTEN ANOTADOS EN LA LISTA DE ASISTENCIA O NO PRESENTEN SU ANEXO 1.5 SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTA, PARA LAS PARTIDAS QUE PARTICIPEN Y REQUIERAN VISITA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600474	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA 0639	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A LAS INSTALACIONES PREGUNTA: A RAZÓN DE LA VISITA REALIZADA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PROPORCIONE LA PLANOS DE LAS ÁREAS A FIN DE PODER REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES GUIAS MECÁNICAS QUE SE DEBERAN PRESENTAR CON NUESTRA OFERTA.	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600475	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A LAS INTALACIONES PREGUNTA: A RAZÓN DE LA VISITA REALIZADA, ENTENDEMOS QUE SEDESA SE HARÁ CARGA DE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES, SUMINSTRO DE ENERGÍA, HIDRAÚLICA QUE SEGÚN SE ESPECIFIQUE LA GUÍA MECÁNICA PROPORCIONADA ¿ES CORRECTO?	LAS ADECUACIONES CORRERAN A CARGO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
600476	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A INSTALACIONES PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME ¿SI SERÁ PARTE DEL SU ALCANCE TODO LO REFERENTE A LA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO, DESDE LA ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL, EN UNA LÍNEA 3 FÁSICA INCLUYENDO CANALIZACIÓN, CONDUCTOR CALCULADO A LA POTENCIA DEL EQUIPO Y CAÍDA DE TENSIÓN, BREAKERS O PROTECCIÓN ADECUADA, ASÍ COMO LOS CONDUCTORES DESDE EL BREAKER DE ENTRADA Y SALIDA DE LA UPS?	LAS ADECUACIONES CORRERAN A CARGO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
600477	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A INSTALACIONES PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME ¿SI SERÁ PARTE DE SU ALCANCE LA NIVELACIÓN DEL PISO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO EL PISO DEFINITIVO? ADEMÁS DE SI CONOCEN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO.	LAS ADECUACIONES CORRERAN A CARGO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y AL LICITANTE ADJUDICADO SE LE PROPORCIONARA LA RESISTENCIA DEL CONCRETO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600478	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A INSTALACIONES PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME ¿SI LOS ACCESORIOS COMO BOTONES DE PARO, EL FOCO DE LA LUZ INDICADORA ROJA, ASÍ COMO SU CANALIZACIÓN Y CABLEADO QUE SON NECESARIOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA SERÁN PARTE DE SU ALCANCE?	SERAN BAJO CARGO E INSTALACION DEL PROVEEDOR 0640
600479	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A INSTALACIONES PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, QUE TIPO DE EQUIPO SE PIENSA COLOCAR PARA EL AIRE ACONDICIONADO.	LAS ADECUACIONES CORRERAN A CARGO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y AL LICITANTE ADJUDICADO SE LE PROPORCIONARA LA INFORMACION DEL AIRE ACONDICIONADO
600480	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES	2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES PREGUNTA: PODRIÁN INDICARNOS POR QUE PUERTA SERA EL ACCESO Y QUE CON PERSONA DEBEMOS DIRIJIRNOS COMO REFERENCIA PARA EL ACCESO Y PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS.	DRMAS/ PISO 21 ENLA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍA E INSUMOS EN LA FECHA Y HORARIO ESTABLECIDO EN ESTE PROCEDIMIENTO
600481	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PROPOSICIÓN	6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN NUMERALES 18, 21,23 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS NUMERALES 18. MODELO DE CONTRATO (ANEXO 12), 21. MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 16) Y 23. REQUISITOS PARA EL TRÁMITEDE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (ANEXO 18); SOLO SOLO INFORMATIVOS Y NO REQUIEREN SER PRESENTADOS COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LOS SUBNUMERALES 18, 21 Y 23 DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA SON REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE CONTRATO, EL MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0641				LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, SIN REQUISITAR NINGUN DATO.
600482	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 2. CONDICIONES DE ENTREGA DICE: LOS BIENES SE DEBERÁN ENTREGAR EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLOGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO, A EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS 14 "MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS", PARTIDA 53 "MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS" Y PARTIDA 54 "TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES UNIDAD PARA" QUE TENDRÁN UN PLAZO MÁXIMO DE 120 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO. PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR SI LOS PLAZOS SEÑALADOS, INCLUYEN LA ENTREGA, INSTALACIÓN , CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACLARAR FAVOR DE ACLARAR	LOS PLAZOS SEÑALADOS, INCLUYEN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
600483	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVCICIO. PREGUNTA: SOLICITAMOS SE ACEPTE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN Y ENLISTAR PERSONAL DE INGENIERÍA TANTO DEL LICITANTE COMO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O TITULAR DEL REGISTRO QUE NOS OTORGUE EL RESPALDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600484	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. PUNTO: 1.2.15.4.- CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITAN OFERTAR ESTE NUMERAL COMO CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL Y/O CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA 0642
600485	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. PUNTO: 1.2.14.4.- CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITAN OFERTAR ESTE NUMERAL COMO CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL Y/O CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600486	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.3.2.- AJUSTE VERTICAL DE 119 CM Y ABATIBLE A +45°/-50°. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +-1%, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600487	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 150 A 280 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITAN OFERTAR ESTE NUMERAL COMO DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DENTRO DEL RANGO DE 180 A 320 MM, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600488	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO 0643	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.4.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 A 20% DE 1000 MM A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE Y SIN REENFOQUE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 A 20% MAYOR A LA SOLICITADA, NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR DEMOSTRANDO QUE ES TECNOLOGÍA SUPERIOR, SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600489	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.4.6.- ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 525 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON UN TOTAL DE 160,000 LUXES PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE <600 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON UN TOTAL DE 160,000, DE CONFORMIDAD A LA IEC 60601-2-41, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600490	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.4.9.5.- BOTÓN PARA SELECCIÓN DE COLOR DE LA ILUMINACIÓN AMBIENTAL, HASTA 15 VARIACIONES DE COLOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA DE 3000° A 5500° K, SELECCIONABLE EN 6 PASOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600491	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.5.1.- GRADO MÉDICO, INTERCONSTRUIDA CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE 7 HORAS Y TIEMPO MÁXIMO DE RECARGA AL 100% DE LAS BATERÍAS DE 6 HORAS COMO MÁXIMO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE NUMERAL COMO UPS CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE 3 HORAS, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 0644
600492	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PUNTO: 1.4.2.- POSICIÓN DE LA CUCHILLA Y PORTACUCHILLAS CON PROTECCIÓN PARA DEDOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL OFERTAR PROTECCIÓN PARA LAS CUCHILLAS, ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, AL SER UN RECUBRIMIENTO QUE SE COLOCA SOBRE LA CUCHILLA MIENTRAS EL USUARIO POSICIONA LA MUESTRA PARA REALIZAR LOS CORTES, PARA EVITAR CORTADURAS, ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600493	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PUNTO: 1.4.4.- DESBASTE DE LA MUESTRA (CORTE GRUESO) DE 1 MICRA O MENOR A 500 MICRAS O MAYOR POR VUELTA. PREGUNTA: ENTENDIENDO QUE EL TAMAÑO DE LAS BIOPSIAS ES VARIABLE, Y EN ALGUNOS CASOS LA CANTIDAD DE TEJIDO ES POCA O EL ÁREA DE INTERÉS ES DEMASIADO PEQUEÑA ENTENDEMOS QUE TENER UN DESBASTE O TALLADO DE LA MUESTRA MENOR, MINIMIZARA LA POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEL TEJIDO, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DESBASTE DE LA	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		0645		MUESTRA DE 1 MICRA A 100 MICRAS POR VUELTA, ¿SE ACEPTA?	
600494	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PUNTO: 1.8.- SISTEMA RECOLECTOR DE CONDENSADOS CON FILTRO HEPA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL OFERTAR UN SISTEMA RECOLECTOR DE CONDENSADOS, CON FILTRO, ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600495	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.4.3.- ROTACIÓN: 360° PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA ROTACIÓN DE 180°, CARACTERÍSTICA QUE NO LIMITA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600496	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.5.- AJUSTE DE ESPESOR DE CORTE DENTRO DE UN RANGO DE 0.5 MICRAS O MAYOR A 40 MICRAS O MAYOR, EN PASOS DE 0.5, 1, 2 Y 5 MICRAS COMO MÍNIMO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR UN ESPESOR DE CORTE DE 1 MICRA A 40 MICRAS O MAYOR, CON PASOS DE 1, 2 Y 5, NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, AL ENCONTRARSE DENTRO DEL	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				RANGO SOLICITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	0646
600497	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.9.- PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO O LED PARA DESPLIEGUE DE LOS VALORES DE CONTROL AL MENOS ESPESOR DEL CORTE Y NÚMERO DE CORTES. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO SOLICITADO ES UN MICROTOMO MANUAL POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO TECLADO DE CONTROL PARA ILUMINACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600498	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL PUNTO: 1.2.1.- DOS PUNTOS FOCALES DE 1.3 MM. Ó MENOR Y DE 0.7 MM. O MENOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR DOS PUNTOS FOCALES, UNO DE 1.3 MM Y Y OTRO DE 0.8 MM YA QUE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS CLÍNICOS DE TODOS LOS EXÁMENES RADIOGRÁFICOS QUE SE PUEDAN HACER CON UN EQUIPO PORTÁTIL. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600499	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL PUNTO: 1.2.2.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300 KHU. Ó MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 120 KHU O MAYOR YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA SOPORTAR EL CALOR QUE GENERA UN EQUIPO DE 30 KW DE POTENCIA. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR DEMOSTRANDO EFICIENCIA, SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600500	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL PUNTO: 1.6.CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 6,000 IMÁGENES O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 512 GB YA QUE CON ESTO SE PODRÁ ALMACENAR MÁS DE 6000 IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600501	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL PUNTO: 1.3.4.- TAMAÑO DE 35 CM C 43 CM (14" X 17") CON AL MENOS 300 KG DE CAPACIDAD DE CARGA PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DIGITAL PLANO DE AL MENOS 150 KG DE CAPACIDAD DE CARGA YA QUE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR UN RAYOS X PORTÁTIL NO ES NECESARIO QUE EL PACIENTE RECARGUE TODO SU CUERPO EN EL DETECTOR Y 150 KG SON MÁS QUE SUFICIENTES PARA SOPORTAR CUALQUIER EXTREMIDAD ASÍ COMO EL PESO DEL TÓRAX O LA ZONA PÉLVICA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600502	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL PUNTO: 1.12.8.- DICOM MPSS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP) PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A MPPS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP). ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO Y PERTENECE AL ESTANDAR DICOM 0648
600503	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA PUNTO: 1.18.- HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO ENTRE 20% Y 85%, SIN CONDENSACIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UNA HUMEDAD RELATIVA DE 30 A 85% YA QUE SE QUE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600504	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA PUNTO: 1.8.- DISPENSADOR DE PARAFINA CON DOSIFICADOR REGULABLE, MANUALMENTE MEDIANTE CONTACTO Y PEDAL PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UNA HUMEDAD RELATIVA DE 30 A 85% YA SÉ QUE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
600505	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA PUNTO: 3.3.- QUINIENTOS MOLDES DE INCLUSIÓN DESECHABLES PARA HISTOLOGÍA, FABRICADOS EN MATERIAL PVC CON SOPORTE DE INTERCAMBIO TÉRMICO, CON ESQUINAS EDONDEADAS Y DIMISIONES INTERNAS 1.5 X 1.5 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO QUINIENTOS MOLDES DE INCLUSIÓN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES 15 X 15 X 5 MM REFERENCIANDO CON IMÁGENES	NO SE ACEPTA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0649			EN EL CATÁLOGO LAS ESQUINAS REDONDEADAS ¿SE ACEPTA?	
600506	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA PUNTO: 3.4.- QUINIENTOS MOLDES DE INCLUSIÓN DESECHABLES PARA HISTOLOGÍA, FABRICADOS EN MATERIAL PVC CON SOPORTE DE INTERCAMBIO TÉRMICO, CON ESQUINAS EDONDEADAS Y DIMISIONES INTERNAS 32X25X6 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO QUINIENTOS MOLDES DE INCLUSIÓN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES 32 X 25 X 5 MM REFERENCIANDO CON IMÁGENES EN EL CATÁLOGO LAS ESQUINAS REDONDEADAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600507	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA PUNTO: 3.5.- QUINIENTAS CASSETES DESECHABLES PARA INCLUSIÓN DE TEJIDOS, RESISTENTE A CORROSIVOS QUÍMICOS, FABRICADO EN POLIOXIMETILENO, SUPERFICIE DE ESCRITURA DE 45 GRADOS, CON TAPA IDEALES PARA HISTOLOGÍA Y PATOLOGÍA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 500 CASSETES PARA INCLUSIÓN DE TEJIDOS, DE PLÁSTICO RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, INCLUYENDO SOLVENTES Y SOLUCIONES DESCALCIFICANTES	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CON ÁREA DE ESCRITURA Y CON TAPA. ¿SE ACEPTA?	0650
600508	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA PUNTO: 3.6.- VEINTE KILOS DE PARAFINA CIENTÍFICA CON PUNTO DE FUSIÓN ENTRE 55 °C Y 57 °C PARA INFILTRACIÓN EMBEBIDO, CERA SEMIDURA EN FORMA DE PEQUEÑAS LENTEJAS DE UNOS 5 MM DE DIAMETRO, BLOQUES DISCOIDALES, ESCAMAS O TABLETAS RECTANGULARES, CALIDAD DE ALTA PUREZA, APTO PARA EMPLEO EN EQUIPOS HISTOLOGICOS AUTOMATIZADOS COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO: PARAFINA SUMINISTRADA EN PEQUEÑOS GRÁNULOS CON LA FINALIDAD DE SER USADA COMO MEDIO DE PROCESAMIENTO Y FORMACIÓN DE BLOQUES. INDICANDO DE ESTA MANERA QUE ES APTA PARA EMPLEARSE EN EQUIPOS HISTOLÓGICOS AUTOMATIZADOS DENTRO DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600509	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS PUNTO: 1.5.- TIEMPO DE INMERSIÓN PROGRAMABLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO AJUSTE DEL TIEMPO DE	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0651			PROCESAMIENTO YA QUE ASÍ ES COMO SE REFIERE EL FABRICANTE AL PROCESO DE INMERSIÓN. ¿SE ACEPTA?	
600510	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE.CV	TÉCNICO	PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS PUNTO: 1.15.7.- POSIBILIDAD DE USAR CUBREOBJETOS DE DISTINTAS MEDIDAS CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 22X40 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO DISEÑADO PARA CUBRIR LOS CUBREOBJETOS PARA LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS QUE SE COLOCAN EN UN PORTAOBJETOS ESTÁNDAR DE UNA MEDIDAS DE 25 X 75 MM (1 X 3"). YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600511	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PUNTO: 1.1.- ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, CON CAPACIDAD DE 440 LITROS ±10%. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO CON CAPACIDAD DE 450 LITROS ±10%. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600512	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PUNTO: 1.6.- ESTRUCTURA, CÁMARA, CHAQUETA, TUBERÍAS Y PUERTAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLES TIPO 316 L, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304L ENTENDIENDO QUE LA ESTRUCTURA ESTÁ EN LA PARTE EXTERIOR DEL EQUIPO Y NO SE ENCUENTRA EN CONTACTO DIRECTO CON EL VAPOR. PARA LOS CASOS DE LA CÁMARA, CHAQUETA, TUBERÍAS Y PUERTAS SE OFERTARÁ ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 0652
600513	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PUNTO: 1.10.- CON AISLAMIENTO DE LA CHAQUETA HECHA DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE ASBESTO Y CLORO RESISTENTE AL AGUA Y AL ACEITE PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN AISLAMIENTO DE LA CHAQUETA DE LANA MINERAL CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600514	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PUNTO: 1.13.9.- CON INTERRUPTOR DE FLOTACIÓN QUE ABORTA EL CICLO SI SE DETECTA CONDENSACIÓN EXCESIVA EN LA CÁMARA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO SENSOR DE PRESIÓN EN LA CÁMARA EL CUAL PUEDE DETECTAR UNA PRESIÓN EXCESIVA Y ABORTAR EL CICLO, ARROJANDO EL ERROR "PRESIÓN EXCESIVA EN LA CÁMARA" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600515	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PUNTO: 2.4.- INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO AL 100% DEL EQUIPO. PREGUNTA: SUGERIMOS AMABLEMENTE SOLICITAR AL MENOS DOS CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600516	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA	PARTIDA 15 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO: 1.12.- BEBERÁ ESTAR CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE 304 L DE 16 GAUGES, SOLDADA CON ARGÓN Y PULIDA. PREGUNTA: CON EL AFÁN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO ÚNICAMENTE COMO MESA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304L YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA CONSTATAR LA CALIDAD DEL ACERO DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS FABRICANTES
600517	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO: 1.1.1.- PUPITRE DE CONTROL DIGITAL CON EXPOSÍMETRO AUTOMÁTICO (INDICAR MARCA Y MODELO, CORRESPONDIENTE A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO "CONSOLA DE CONTROL" PARA REFERIRNOS AL PUPITRE DE CONTROL SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600518	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO: 1.7.1.- DOS PANTALLAS LCD O TFT (INDICAR MARCA Y MODELO) PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA FINALIDAD DE SOLICITAR 2 PANTALLAS DE ADQUISICIÓN ES PARA OBTENER EN UNA PANTALLA LA IMAGEN DE RAYOS X EN TIEMPO REAL Y EN LA OTRA UNA IMAGEN DE RAYOS X DE REFERENCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA Y SE DEBA OFERTAR 3 PANTALLAS DE ADQUISICIÓN MEJORANDO SIGNIFICATIVAMENTE EL FLUJO DE TRABAJO OPTIMIZANDO EL TIEMPO DE LOS ESTUDIOS. SE OFERTARÁ: 1 (UNA) PANTALLA EN LA SALA DE ADQUISICIÓN Y 2 (DOS) PANTALLAS EN LA SALA DE EXAMEN (MONTADAS EN UN TROLLY), EN DONDE UNA PANTALLA SERVIRÁ COMO IMAGEN DE REFERENCIA MIENTRAS LA OTRA PODRÁ EJECUTAR PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL, POR EJEMPLO, LA FLUOROSCOPIA CON SUSTRACCIÓN DIGITAL (DSA), TODO ESTO SIN ENCARECER LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0654
600519	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO: .7.1.3.- 14 BITS O MAYOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA FINALIDAD DE ESTE PUNTO ES QUE EL MONITOR TENGA LA GAMA ADECUADA DE COLORES POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO, MONITOR DE ADQUISICIÓN CON DISPLAY DE 16.77 MILLONES DE COLORES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600520	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO 0655	PARTIDA: TODAS LAS PARTIDAS	PARTIDA: TODAS LAS PARTIDAS PUNTO: TODOS LOS PUNTOS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600521	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA: TODAS LAS PARTIDAS	PARTIDA: TODAS LAS PARTIDAS PUNTO: TODOS LOS PUNTOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
600522	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES: ENTIENDO QUE LO MAS RCOMENDABLE ES CONTAR CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES DE LA MISMA MARCA QUE EL ESCANER PARA ASEGURAR LA VIGENCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y EVITAR EN LO POSIBLE QUE EL SOFTWARE PUEDA SER DESCONTINUADO Y EVITAR PROBLEMAS CON LA INSTITUCIÓN, ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600523	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.2.3 IMPORTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES ASÍ COMO ANÁLISIS MACROSCOPICO ENTENDEMOS QUE LA IMPORTACIÓN DEL ANÁLISIS MACROSCOPICO DEBERÁ SER BAJO FORMATO DE DOCUMENTO PARA LA VISUALIZACIÓN DEL MISMO EN LA PLATAFORMA? DEBERÁ SER POSIBLE TAMBIÉN VISUALIZAR IMÁGENES DE MACROSCOPIA?	ES CORRECTA SU APRECIACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600524	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.2.6 GESTIÓN DEL PACIENTE, POSIBILIDAD DE REALIZAR BÚSQUEDA, REGISTRO MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓNDE UN PACIENTE ENTIENDO QUE ESTA CAPACIDAD DEBE SER RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PACIENTES LIS, POR LO QUE ELIMINAR UN PACIENTE Y MODIFICARLO NO DEBERÍA SER UNA FUNCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES, ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION 0656
600525	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.2.7 POSIBILIDAD DE FUSIONAR REGISTROS DUPLICADOS ENTIENDO QUE ESTA CAPACIDAD DEBE SER RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PACIENTES LIS, ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?.	ES CORRECTA SU APRECIACION
600526	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.2.9 GESTIÓN DE ESTUDIOS, PERMITE LA NUMERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS, GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS Y GESTIÓN DE MUESTRAS, GARANTIZANDO LA TRAZABILIDAD ENTIENDO QUE ESTA CAPACIDAD DEBE SER RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PACIENTES LIS, ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600527	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 0657	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.1.- EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN TIEMPO DE RASTREO HELICOIDAL Y AXIAL EN GIRO COMPLETO DE 360 GRADOS A 0.4 SEGUNDOS O MENOR EN CUALQUIER REGIÓN DEL CUERPO. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE SOLCIITE UNA ROTACIÓN MÍNIMA DE 0.35 SEGUNDOS O MENOR DEBIDO A QUE ÉSTE SISTEMA SERÁ USADO EN ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS Y ES DE SUMA IMPORTANCIA CONTAR CON UNA ROTACIÓN QUE PERMITA TENER IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y DE ESA MANERA SE PUEDA DAR UNA ATENCIÓN ADECUADA Y TAMBIÉN QUE NO SE VEAN EN LA NECESIDAD DE REPETIR LOS ESTUDIOS DEBIDO A UNA RESOLUCIÓN TEMPORAL DEFICIENTE, FAVOR DE CONFIRMAR	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600528	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.2.- DE 64 CORTES O MAYOR EN UN GIRO COMPLETO DE 360° DE CUERPO ENTERO. PREGUNTA: DADO QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON PARA HOSPITALES DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, ES DECIR DE ALTA ESPECIALIDAD, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LA COBERTURA SEA AL MENOS DE 40 MM, LO QUE PERMITIRÁ REALIZAR ESTUDIO CARDIOLÓGICOS EN PACIENTES CON TAQUICARDIAS Y ARRITMIAS, ASÍ COMO PACIENTES PEDIÁTRICOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS, SE REDUCIRÁ LA DOSIS DE RADIACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIOS YA QUE EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DISMINUIRÁ, LA RESOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMÁGENES SE VERÁ BENEFICIADA, AUMENTARÍA LA CERTEZA DE LOS ESTUDIOS Y SE LOGRARÁ DAR MEJOR ATENCIÓN Y CUIDADOS AL PACIENTE, FAVOR DE CONFIRMAR	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600529	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.3.1.- ANGULACIÓN DE - 30° O MENOR A +30° Ó MAYOR PREGUNTA: SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA ANGULACIÓN DE -24° A +30°, LA DIFERENCIA SON SOLO 6° Y NO REPRESENTA DESVENTAJA ALGUNA EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS PACIENTES O DEL TIPO DE ESTUDIOS QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO CON LA ANGULACIÓN DEL GANTRY, FAVOR DE CONFIRMAR	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0658
600530	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.12.- CONSOLA DEL OPERADOR O ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN (LA MARCAR Y EL MODELO DEBEN DE SER CORRESPONDIENTE A LA MARCA PRINCIPAL DEL EQUIPO): PREGUNTA: DEBIDO A QUE NUESTRA MARCA NO SE DEDICA A FABRICAR EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITAMOS ANTETAMENTE SE NOS CONFIRME QUE ES POSIBLE OFERTAR EQUIPO DE COMPUTO/CONSOLA O HARDWARE PARA LA ESTACIÓN DE UNA MARCA DIFERENTE A LA DEL EQUIPO PRINCIPAL, TODAS LAS MARCAS DE RADIOLOGÍA ESTAN EN LA MISMA SITUACIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600531	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.12.2.- DOS MONITORES CON PANTALLA PLANA O LCD A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 21" O MAYOR (INDICAR MARCA Y MODELO) PREGUNTA: SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR MONITORES CON TAMAÑO ESTÁNDAR DE 19", ES LA MEDIDA QUE SE UTILIZAR PARA HACER DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFÍA Y NO REPRESENTA NINGUNA DESVENTAJA YA QUE EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN NO SE REALIZA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SOLO SE ADQUIREN LAS IMÁGENES Y A DIFERENCIA DE LAS ESTACIÓN DE POSTPROCESO OFERTAMOS MONITORES CON TAMAÑO DE PANTALLA DE 24",	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0659			FAVOR DE CONFIRMAR QUE PODEMOS OFERTAR DE LA MANERA MENCIONADA, GRACIAS	
600532	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.12.15.- VISUALIZACIÓN VASCULAR AVANZADA. PARA ESTE PUNTO SUGERIMOS SEAN LICENCIAS QUE SOLO SE SOLICITEN EN LA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SI SON INSTALADAS EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN SOLO SE DUPLICARÁN INCREMENTANDO EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y NO TENDRÍAN USO YA QUE ÉSTAS SON USADAS POR LO RADIÓLOGOS AL MOMENTO DE LLEVAR ACABO EL DIAGNÓSTICO EN LAS ESTACIONES DE POSTPROCESO Y NO EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA
600533	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.12.19.- SOFTWARE ESPECÍFICO PARA COLONOSCOPIA Y ENDOSCOPIA VIRTUAL. PARA ESTE PUNTO SUGERIMOS SEAN LICENCIAS QUE SOLO SE SOLICITEN EN LA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SI SON INSTALADAS EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN SOLO SE DUPLICARÁN INCREMENTANDO EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y NO TENDRÍAN USO YA QUE ÉSTAS SON USADAS POR LO RADIÓLOGOS AL MOMENTO DE LLEVAR ACABO EL DIAGNÓSTICO EN LAS ESTACIONES DE POSTPROCESO Y NO EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600534	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.12.20.- PAQUETE PARA LA REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS ÓSEAS PARA ANÁLISIS VASCULAR Y ARTEFACTOS METÁLICOS. PARA ESTE PUNTO SUGERIMOS SEAN LICENCIAS QUE SOLO SE SOLICITEN EN LA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SI SON INSTALADAS EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN SOLO SE DUPLICARÁN INCREMENTANDO EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y NO TENDRÍAN USO YA QUE ÉSTAS SON USADAS POR LO RADIÓLOGOS AL MOMENTO DE LLEVAR ACABO EL DIAGNÓSTICO EN LAS ESTACIONES DE POSTPROCESO Y NO EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA 0660
600535	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA. 1.12.22.- PERFUSIÓN CEREBRAL. PARA ESTE PUNTO SUGERIMOS SEAN LICENCIAS QUE SOLO SE SOLICITEN EN LA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SI SON INSTALADAS EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN SOLO SE DUPLICARÁN INCREMENTANDO EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y NO TENDRÍAN USO YA QUE ÉSTAS SON USADAS POR LO RADIÓLOGOS AL MOMENTO DE LLEVAR ACABO EL DIAGNÓSTICO EN LAS ESTACIONES DE POSTPROCESO Y NO EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA
600536	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.13.- ESTACIÓN DE TRABAJO MULTIMODAL O CONSOLA DE POSTPROCESO (INCLUIR MARCA Y MODELO CORRESPONDIENTE A LA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL) PREGUNTA: DEBIDO A QUE NUESTRA MARCA NO SE DEDICA A FABRICAR EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITAMOS ANTETAMENTE SE NOS CONFIRME QUE ES POSIBLE OFERTAR EQUIPO DE COMPUTO/CONSOLA O HARDWARE PARA LA ESTACIÓN DE UNA MARCA DIFERENTE A LA	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0661			DEL EQUIPO PRINCIPAL, TODAS LAS MARCAS DE RADIOLOGÍA ESTAN EN LA MISMA SITUACIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	
600537	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.8.- GENERADOR DE RAYOS X DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN MEXICANA TIENE UNA ALTA TASA DE OBESIDAD PROPONEMOS QUE ESTE VALOR SOLICITADO SEA DE 80 KW O MAYOR Y SEA UN VALOR NOMINAL, ES DECIR, UN VALOR QUE PUEDA SER ENTREGADO POR EL HARDWARE DEL EQUIPO Y NO POR UNA EQUIVALENCIA DE RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA Y ASÍ GARANTIZAR UNA ADECUADA PENETRACIÓN DE LOS TEJIDOS EN PACIENTES DE ALGO ÍNDICE DE MASA CORPORAL O PERSONAS OBESAS, FAVOR DE CONFIRMAR.	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600538	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.13.15.-APLICACIÓN CARDIACA, ANGIOGRAFÍA POR CT DE VASOS CORONARIOS, CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS Y ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE CALCIO EN IMÁGENES DE CT CARDIACAS. DE ACUERDO AL TIPO DE HOSPITALES Y EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LO QUE SON REQUERIDOS LOS SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA SUGERIMOS QUE SE INCLUYA LOS SOFTWARES DE APLICACIÓN CLÍNICA MÁS AVANZADOS DE ESPECIALIZACIÓN, COMO SON LOS ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA BENEFICIO DE LOS PACIENTES Y QUE LOS SISTEMAS ESTÉN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y EN VANGUARDIA, POR LO QUE SUGERIMOS SE INCLUYA EL ALGORITMO QUE TIENE COMO FUNCIÓN PRINCIPAL INCREMENTAR LA ROBUSTEZ DE LA IMAGEN CARDIACA Y PARA ELLO SE NECESITA UNA CORRECCIÓN DE MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DE LA CORONARIA DERECHA REALIZADO MEDIANTE LA ESTIMACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA ARTERIA CORONARIA EN UN RANGO PREDEFINIDO ALREDEDOR DE UNA FASE CARDIACA DE REFERENCIA INCLUSO A ALTAS FRECUENCIAS CARDÍACAS, POR LO QUE SE PODRÍA DIAGNOSTICAR LOS ESTUDIOS DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE, SE PODRÍAN ATENDER A PACIENTES CON PATOLOGÍAS MÁS COMPLEJAS, SE PODRÍA EXTENDER EL TIPO DE POBLACIÓN Y SE AHORRARÍAN TIEMPOS DE ESPERA LO QUE TAMBIÉN TRAERÍA COMO BENEFICIO QUE LOS PACIENTES PUEDAN RECIBIR UN DIAGNÓSTICO QUE PUEDA SALVAR SUS VIDAS EN TIEMPO Y EN FORMA Y ADEMÁS QUE UNA DE LAS VENTAJAS PRINCIPALES ES QUE LA TOMOGRAFÍA VA A AYUDAR A TODOS ESOS PACIENTES QUE PODRÍAN TENER UN DIAGNÓSTICO CONFIABLE	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0662

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0663			ANTES DE SER ENVIADOS DIRECTAMENTE A UNA HEMODINAMIA Y ASÍ TENER UN ESTUDIO PREDICTIVO, POCO INVASIVO Y DE MUY ALTA CALIDAD, ADEMÁS QUE PODRÍA AYUDAR A SOLVENTAR TODOS ESOS TIEMPOS DE ESPERA PARA UN ESTUDIO DE ESTE TIPO, FAVOR DE CONFIRMAR.	
600539	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA	PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES , UNIDAD PARA 1.13.15.-APLICACIÓN CARDIACA, ANGIOGRAFÍA POR CT DE VASOS CORONARIOS, CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS Y ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE CALCIO EN IMÁGENES DE CT CARDIACAS. CREEMOS QUE LO SOLICITADO ES MUY POCO PARA EL ANÁLISIS CARDIACO QUE SE REQUIERE HOY EN DÍA, POR LO QUE SUGERIMOS QUE SE ADICIONE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL SISTEMA CARDIACO Y FUNCIONAL/ANATÓMICO	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				(CORONARIAS Y VENTRÍCULO IZQUIERDO, FAVOR DE CONFIRMAR	0664
600545	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 2	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 2 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. PREGUNTA: PUNTO 1.2.11.- SOLICITAN TABLA PARA MASAJE CARDIACO, SOLICITAMOS OFERTAR UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN LAS MEDIDAS ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600546	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 2	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 2 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. PREGUNTA: PUNTO 1.8.2.- SOLICITAN DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LOS CABLES DE PACIENTE A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON UN CABLE DE 4 PUNTAS PARA EL DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG A ELEGIR ENTRE 6 DERIVACIONES YA QUE NUESTRO EQUIPO ANALIZA EL ELECTROCARDIOGRAMA POR EL MÉTODO DEL CIRCULO CABRERA EL CUAL PUEDE REUNIR TODAS LA DERIVACIONES DEL PLANO FRONTAL (BIPOLARES Y MONOPOLARES) ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600547	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 2	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 2 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. PREGUNTA: PUNTO 2.1.- SOLICITAN PALAS INTERNAS A DISTINTOS TAMAÑOS, SOLICITAMOS PARA NO ENCARECER EL EQUIPO QUE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL, EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR CUANTOS	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE SOLAMENTE UN JUEGO DE PALAS PARA PACIENTES ADULTOS PARA TODA LA PARTIDA 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0665			TAMAÑOS SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	
600548	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 3	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 3 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (5 MONITORES).. PREGUNTA: PUNTO 1.17.17.- SOLICITAN ESPIROMETRIA, EN LA TECNOLOGÍA ACTUAL LA VENTILACIÓN PERMITE EL DESPLIEGUE DE CURVAS Y GASES EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR, CONCENTRANDO TODA LA INFORMACIÓN CLÍNICA NECEARIA CUANDO EL PACIENTE REQUIERE DE ASISTENCIA VENTILATORIA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA SOLICITUD DEL MÓDULO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600549	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 4	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 4 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 MONITORES). PREGUNTA: PUNTO 1.17.17.- SOLICITAN ESPIROMETRIA, EN LA TECNOLOGÍA ACTUAL LA VENTILACIÓN PERMITE EL DESPLIEGUE DE CURVAS Y GASES EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR, CONCENTRANDO TODA LA INFORMACIÓN CLÍNICA NECEARIA CUANDO EL PACIENTE REQUIERE DE ASISTENCIA VENTILATORIA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA SOLICITUD DEL MÓDULO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA COMO OPCIONAL
600550	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 13, LAVADORA ULTRASÓNICA.	PUNTO 1.9, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA POSIBLE REFERENCIAR GABINETE Y "TAPA" DE ACERO INOXIDABLE, YA QUE ESTOS EQUIPOS NO CUENTAN CON UNA PUERTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA LAVADORA CON DIMENSIONES EXTERNAS DE 680 MM DE ANCHO X 700 MM DE FONDO X 1950 DE	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ALTO, DEBIDO A QUE LAS DIMENSIONES SON ACORDES AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	0666
600552	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA LAVADORA CON DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE 569 MM DE ANCHO X 585 MM DE FONDO X 800 MM DE ALTO, ESTO EQUIVALENTE A 265 LITROS, CONSIDERANDO QUE LAS DIMENSIONES SON ACORDES AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
600553	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.3.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PUERTA ELÉCTRICA, LA CUAL REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO QUE UNA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES EN CUMPLIMIENTO AL ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA PARTIDA 12
600554	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.4. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR SOLO UNA BOMBA CON CAPACIDAD DE 620 LITROS POR MINUTO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600555	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.7. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA BOMBA PERISTÁLTICA CON CAPACIDAD DE DOSIFICACIÓN DE 2 A 10 ML/ L ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600556	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.10, CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR DE DEDO Y QUE LO CORRECTO SON MANGUERAS DE 30 CM DE LONGITUD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
600557	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.18. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN TANQUE CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE QUE LA CAPACIDAD SEA DE AL MENOS 36 LITROS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SI EL TANQUE ES DE ACERO INOXIDABLE Y AL MENOS 36 L
600558	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.22. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA LAVADORA CON PANTALLA LCD DE 3.5 PULGADAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA DE 5.7 PULGADAS A COLOR

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600559	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV 0667	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.31. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE PODER ESTABLECER EL PERIODO DE 10 AÑOS Y CONSIDERANDO QUE LAS MAQUINAS CUENTA CON UNA MEMORIA DE NÚMERO DE PROGRAMAS Y NO ASÓ POR EL PERIODO DE TIEMPO QUE ESTARÁN ALMACENADAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA LAVADORA CON MEMORIA PARA LOS ÚLTIMOS 40 PROGRAMAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
600560	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.35. CON EL FIN DE QUE NO SE VEA LIMITADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA IMPRESORA TÉRMICA, LO CUAL ES UNA VENTAJA AL REDUCIR EL CONSUMO DE CINTAS DE IMPRESIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600561	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.37, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE PODER INDICAR ESTE PUNTO EN EL CATÁLOGO O MANUAL, SOLICITAMOS PODER PRESENTAR UNA CARTA INDICANDO QUE LA LAVADORA NO REQUIERE DE VÁLVULAS DE CONTRA FLUJO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
600562	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 12 LAVADORA DESCONTAMINADORA.	PUNTO 1.40. DEBIDO A QUE LA POTENCIA DE LAS CINTAS (ELEMENTOS) DE CALENTAMIENTO, SON ACORDE AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE Y A LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA, SOLICITAMOS DE LA MENAR MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON POTENCIA DE 10.5 KW, LO QUE REPRESENTA UNA VENTAJA AL TENER MENOR CONSUMO ENERGÉTICO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600563	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA ORIENTACIÓN DE LA MUESTRA DE 12 °, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600564	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.4, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN DESBASTE DE 10 A 600 MICRAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA 0668
600565	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.5., SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONTROL DE TEMPERATURA DE LA CRIO CÁMARA DE 10 ° C A -50 ° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
600566	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.9. Y 2.4, ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE ESTA SEA OPCIONAL, ESTO CON EL FIN DE QUE NO SE VE LIMITADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
600567	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 32 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.8. NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR UV, POR LO CUAL NO REQUIERE DE UN SISTEMA DE FILTRADO HEPA, POR LO CUAL SOLICITAMOS PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
600568	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.4, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL TFT DE 4.3 PULGADAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0669			SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
600569	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE + 5 ° C HASTA 250 ° C ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE HASTA 300 °C
600570	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.8, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN HORNO CON CAPACIDAD DE 52 LITROS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600571	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.9.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN HORNO CON DIMENSIONES INTERNA DE 33 X 47 X 33 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600572	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.9.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN HORNO CON DIMENSIONES INTERNA DE 53 X 82 X 52 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES, SOLO SI LAS DIMENSIONES SON EXTERNAS
600573	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PUNTO 1.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN MICROTOMO CON AVANCE MOTORIZADO (MOVIMIENTO HORIZONTAL) DE HASTA 30 MM, SIENDO ESTO CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS REQUERIDAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600574	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PUNTO 1.6., 1.6.1 Y 1.6.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN AJUSTE DE DESBASTE EN 5 PASOS, 1, 2, 5, 10 Y 50 MICRAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO REQUERIDO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES 0670
600575	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PUNTO 1.7, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA RETRACCIÓN DE 5 A 100 MICRAS EN PASOS DE 5 MICRAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PUNTO 1.13, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA POSIBLE OFERTAR UN PORTA MUESTRAS, PARA MUESTRAS ESTÁNDAR DE 55 X 50 X 30 MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
600577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PUNTO 1.17, ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE ESTA SEA OPCIONAL, ESTO CON EL FIN DE QUE NO SE VE LIMITADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
600578	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 38	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 38, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PLACA CALEFACTORA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE HASTA 85° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
600579	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 38	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 38, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.3. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PLACA FRÍA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE HASTA -20° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600580	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV 0671	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 38	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 38, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.5. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN TANQUE CON CAPACIDAD DE HASTA 80 CASETES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
600581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PREGUNTA: PUNTO 1.2.1 SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CON GIRO ROTATORIO DE 360° MEDIANTE BASE RODABLE DE 5 RUEDAS CON FRENOS EN CADA UNA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600582	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PREGUNTA: PUNTO 1.2.2 SOLICITAMOS NOS PERMITA TOLERANCIA PARA PODER OFERTAR ABATIBLE DE 24°/-44° CON 73 CM DE MOVIMIENTO VERTICAL, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600583	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PREGUNTA: PUNTO 1.3.1 SOLICITAMOS NOS PERMITA TOLERANCIA PARA PODER OFERTAR LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICION DE CUERPOS CON PROFUNDIDAD DE ILUMINACION DE 950 MM SIN REENFOQUE, SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600584	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PREGUNTA: PUNTO 1.3.2. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR FUENTE DE LUZ DE LED BLANCA, FRIA E INDIRECTA LO CUAL PROPORCIONA IUMMINACION SIN SOMBRAS, EVITA DESLUMBRAMIENTOS Y PROPORCIONA ILUMINACION CON MUY BAJOS NIVELES DE TEMPERATURA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600585	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PREGUNTA: PUNTO 1.3.3 SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE DE 4500 Y 5000 GRADOS KELVIN ASI COMO NIVEL DE TEMPERATURA DE	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				COLOR EN LUZ AMBIENTAL PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA EN EL CAMPO OPERATORIO, SE ACEPTA?	0672
600586	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PREGUNTA: PUNTO 1.3.5.1 SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CARACTERISTICA SUPERIOR EN DIAMETRO DEL CAMPO LUMINOSO AJUSTABLE DE 140 - 280 MM SIN NECESIDAD DE REENFOQUE, SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600587	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PREGUNTA: PUNTO 1.3.5.2 SOLICITAMOS NOS PERMITA TOLERANCIA PARA PODER OFERTAR PROFUNDIDAD CONSTANTE DEL CAMPO DE LUZ SIN REENFOQUE EN ZONA DE 950 MM, SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600588	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PREGUNTA: PUNTO 1.3.6.- SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CARACTERISTICA SUPERIOR DE ENERGIA RADIANTE TOTAL CON 160,000 LUXES DE 580 W/M2, SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600589	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 9 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PREGUNTA: PUNTO 1.3.11.2. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO DE 4 HORAS YA QUE ENTENDEMOS, LAS INTALACIONES HOSPITALARIAS CUENTAN CON RESPALDO DE EMERGENCIA DE ENEGIA INTERNO EN EL CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO EXTERNO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600590	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	SIN PUNTO. ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV 0673	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	SIN PUNTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLA INFORMACIÓN TÉCNICA (FOLLETOS, ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE FABRICANTE) QUE SE ENCUENTRE EN OTRO IDIOMA NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE EN ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LAS PÁGINAS, SECCIONES O PÁRRAFOS REFERENCIADOS, DONDE SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
600592	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.11 DERIVADO DE QUE CADA MARCA DE EQUIPO MÉDICO TIENE DIFERENTES NOMBRES EN SUS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA LICITANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO SE DESCRIBE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ELASTOGRAFÍA POR ONDA TRANSVERSAL. DEFORMACIÓN DEL TEJIDO EN TIEMPO REAL MEDIANTE IMPULSOS DE ULTRASONIDOS ESPECIALES. ANÁLISIS CONFIGURABLE. OPCIONES DE PRESIÓN (KPA) Y VELOCIDAD (M/S) DISPONIBLES. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600593	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.12 DEBIDO A LA NOMENCLATURA DE CADA CASA COMERCIAL EN SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA AL TERMINO PROTOCOLO FISIOLÓGICO COMO SE DESCRIBE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA, ESTRÉS DE EJERCICIO EN DOS FASES Y/O ESTRÉS DE EJERCICIO EN TRES FASES (BICICLETA). ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600594	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUTO 1.21.2 DERIVADO DE LA DIFICULTAD DE HACER REFERENCIA MEDIANTE NUESTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE INDICAR QUE LO SOLICITADO SE CUMPLE PARA EL MODELO PROPUESTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNICAMENTE DE 1 PUNTO DE LA FICHA TECNICA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600595	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.21.2 EN CASO DE NO ACEPTARSE NUESTRA SOLICITUD, PROPONEMOS SE PERMITA HACER REFERENCIA AL PUNTO MEDIANTE UN CLIP DE VIDEO DONDE SE DEMUESTRE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA 0674
600596	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.1.3 EL USO DEL TRANSDUCTOR SOLICITADO ES DE USO INVASIVO EN LA CAVIDAD VAGINAL POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE LA SOLICITUD DE CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S, NO APLICA PARA ESTE Y NO DEBE DE HACERSE REFERENCIA AL TEXTO MENCIONADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚM. 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600597	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.1.7 DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1.3, DONDE SE SOLICITAN CARACTERÍSTICAS IDÉNTICAS AL PUNTO 2.1.7, ENTENDEMOS QUE SE DEBE DE OFERTAR SOLO UN TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ ATENDER LA PRECISION NÚM. 1 "SISTEMA ECOGRÁFICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600598	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR IMPRESORA B/N GRADO MEDICO INTEGRADA AL SISTEMA E IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR COMO PERIFÉRICO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600599	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	SIN PUNTO ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO 0675	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	SIN PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLA INFORMACIÓN TÉCNICA (FOLLETOS, ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE FABRICANTE) QUE SE ENCUENTRE EN OTRO IDIOMA NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE EN ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LAS PÁGINAS, SECCIONES O PÁRRAFOS REFERENCIADOS, DONDE SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
600601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	PUNTO 1.17 DERIVADO DE QUE CADA MARCA DE EQUIPO MÉDICO TIENE DIFERENTES NOMBRES EN SUS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA LICITANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO SE DESCRIBE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ELASTOGRAFÍA BASADA EN DEFORMACIÓN PARA IMÁGENES DE MAMA Y GINECOLÓGICAS. ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
600602	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	SIN PUNTO ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
600603	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	SIN PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLA INFORMACIÓN TÉCNICA (FOLLETOS, ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE FABRICANTE) QUE SE ENCUENTRE EN OTRO IDIOMA NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE EN ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LAS PÁGINAS, SECCIONES O PÁRRAFOS REFERENCIADOS, DONDE SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600604	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.4 ENTENDEMOS QUE LA LICITANTE BUSCA ADQUIRIR SISTEMAS DE LA MÁS RECIENTE GENERACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ESTA MANERA EVITAR UNA OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA A CORTO PLAZO, POR LO QUE SUGERIMOS QUE EL MÍNIMO DE PUERTOS PARA CONEXIÓN DE TRANSDUCTORES SEA DE AL MENOS TRES Y PODER ACTUALIZAR EL SISTEMA A FUTURO CON DOS O MÁS TRANSDUCTORES EN CONEXIÓN SIMULTÁNEA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0676
600605	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.5 EL ULTRASONIDO COMO SISTEMA DE EVALUACIÓN POR IMAGEN OCUPA TENER IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN VISUALIZADAS EN MONITORES DE AL MENOS 19 PULGADAS Y ASÍ EVITAR LA FATIGA VISUAL CON POCAS HORAS DE ACTIVIDAD, POR LO QUE PROPONEMOS QUE EL MÍNIMO DEL TAMAÑO DEL MONITOR DEL SISTEMA OFERTADO SEA DE AL MENOS 19 PULGADAS O MAYOR CON 256 NIVELES DE GRISES O MAYOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600606	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.6.1 ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO PUEDE SER REFERENCIADO DEMOSTRANDO QUE EL SISTEMA PROPUESTO INCLUYE MEDICIONES O ANÁLISIS VASCULAR PARA ABDOMEN, CARÓTIDAS, INJERTO VASCULAR, EN EL QUE SE VISUALICEN RESULTADOS DE: FLUJO DE VOLUMEN, VELOCIDAD MÁXIMA PROMEDIADA EN EL TIEMPO, VELOCIDAD MEDIA PROMEDIADA EN EL TIEMPO, ÍNDICE DE RESISTENCIA, ÍNDICE DE PULSATILIDAD, RELACIÓN SISTÓLICA/DIASTÓLICA Y TIEMPOS DE ACELERACIÓN/DECELERACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL PUNTO NO EXISTE
600607	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.2 DEBIDO A LA DIFICULTAD TÉCNICA DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA COMO: "MODO DE ALTA SENSIBILIDAD PARA VISUALIZACIÓN DE VASOS PEQUEÑOS" QUE APLICA PARA TODOS LOS TRANSDUCTORES	PODRA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		0677		OFERTADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
600608	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.3 ENTENDEMOS QUE PARA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO ES CAPAZ DE REALIZAR MEDICIONES VASCULARES TALES COMO APLICACIONES VASCULARES (CARÓTIDA, ARTERIAL Y VENOSA), INTERVENCIONISTAS Y SUPERFICIALES; ASÍ COMO IMÁGENES CEREBROVASCULARES (CARÓTIDA, VERTEBRALES), VASCULARES PERIFÉRICAS (VENOSAS, ARTERIALES) INCLUYENDO APLICACIÓN QUIRÚRGICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600609	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.4 DEBIDO A LA DIFICULTAD TÉCNICA DE HACER REFERENCIA TEXTUAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO MEDIANTE: "MENÚS DE SELECCIÓN DE AGUJA PARA BIOPSIA, MODOS PARA APLICACIONES INTERVENCIONISTAS, VARIOS ÁNGULOS DE BIOPSIA", LO CUAL EN TÉRMINOS CLÍNICOS APORTA LA SOLUCIÓN INTEGRAL A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
600610	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.9 DEBIDO A LA DIFICULTAD TÉCNICA DE HACER REFERENCIA TEXTUAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO MEDIANTE: "HERRAMIENTAS DE REDUCCIÓN DE ÁREA PORCENTUAL Y DE REDUCCIÓN DE DIÁMETRO PORCENTUAL, REDUCCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA, FLUJO DE VOLUMEN, VELOCIDAD MÁXIMA PROMEDIADA EN EL TIEMPO, VELOCIDAD MEDIA PROMEDIADA EN EL TIEMPO, ÍNDICE DE RESISTENCIA, ÍNDICE DE PULSATILIDAD, RELACIÓN SISTÓLICA/DIASTÓLICA Y TIEMPOS DE	PODRA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ACELERACIÓN/DECELERACIÓN. EXPORTACIÓN DE MEDICIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO CON CREACIÓN DE INFORMES ESTRUCTURADOS DICOM ESTÁNDAR PARA: VASCULAR" ¿SE ACEPTA?	0678
600611	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.10 DEBIDO A LA DIFICULTAD TÉCNICA DE HACER REFERENCIA TEXTUAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO MEDIANTE: "LA CARACTERÍSTICA DE VISUALIZACIÓN DE LA AGUJA PROPORCIONA UNA VISIÓN OPTIMIZADA DE LA AGUJA DURANTE PROCEDIMIENTOS QUE EMPLEAN AGUJAS DE BIOPSIA ESTÁNDAR. LA VISUALIZACIÓN DE LA AGUJA ESTÁ DISPONIBLE EN UN ÁREA ESPECÍFICA DE LA IMAGEN. DICHA ÁREA SE DEFINE MEDIANTE UN BORDE DE LÍNEA PUNTEADA, SOBREIMPUESTO A LA IMAGEN" ¿SE ACEPTA?	PODRA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
600612	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.13 ENTENDEMOS QUE LA LICITANTE BUSCA ADQUIRIR SISTEMAS DE LA MÁS RECIENTE GENERACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ESTA MANERA EVITAR UNA OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA A CORTO PLAZO, POR LO QUE SUGERIMOS QUE EL MÍNIMO DE ALMACENAMIENTO INTERNO DEBE DE SER DE AL MENOS 500 GB O MAYOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600613	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV 0679	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.1 PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL MANEJA DIFERENTES RANGOS DE FRECUENCIA ES SUS TRANSDUCTORES LINEALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE 4 MHZ A 12 MHZ, CON APLICACIONES VASCULARES (CARÓTIDA, ARTERIAL Y VENOSA), INTERVENCIONISTAS, INTESTINALES, MUSCULOESQUELÉTICAS Y DE PARTES BLANDAS, Y SUPERFICIALES, IMÁGENES CEREBROVASCULARES (CARÓTIDA, VERTEBRALES), VASCULARES PERIFÉRICAS (VENOSAS, ARTERIALES), DE MAMAS Y MUSCULOESQUELÉTICAS. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
600614	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	SIN PUNTO ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
600615	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	SIN PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLA INFORMACIÓN TÉCNICA (FOLLETOS, ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE FABRICANTE) QUE SE ENCUENTRE EN OTRO IDIOMA NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE EN ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LAS PÁGINAS, SECCIONES O PÁRRAFOS REFERENCIADOS, DONDE SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600616	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO 1.9 DERIVADO DE QUE CADA MARCA DE EQUIPO MÉDICO TIENE DIFERENTES NOMBRES EN SUS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA LICITANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO SE DESCRIBE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ELASTOGRAFÍA POR ONDA TRANSVERSAL. DEFORMACIÓN DEL TEJIDO EN TIEMPO REAL MEDIANTE IMPULSOS DE ULTRASONIDOS ESPECIALES. ANÁLISIS CONFIGURABLE. OPCIONES DE PRESIÓN (KPA) Y VELOCIDAD (M/S) DISPONIBLES. ¿SE ACEPTA?	PODRA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA 0680
600617	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO 1.10 DEBIDO A LA NOMENCLATURA DE CADA CASA COMERCIAL EN SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA AL TERMINO PROTOCOLO FISIOLÓGICO COMO SE DESCRIBE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA, ESTRÉS DE EJERCICIO EN DOS FASES Y/O ESTRÉS DE EJERCICIO EN TRES FASES (BICICLETA). ¿SE ACEPTA?	PODRA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
600618	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO 1.12.1 ENTENDEMOS QUE UNA IMAGEN 3D EN TIEMPO REAL REPRESENTA UNA IMAGEN 4D POR LO QUE DEBEMOS DEMOSTRAR QUE EL SISTEMA PROPUESTO TIENE CAPACIDAD DE REALIZAR IMAGEN 3D Y 4D. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
600619	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO 1.12.2 LA IMAGEN 4D EN TIEMPO REAL ES LA CAPACIDAD DE UN SISTEMA DE PODER VISUALIZAR UN VOLUMEN EN MOVIMIENTO EN TIEMPO REAL POR LO QUE SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO ES CAPAZ DE REPRESENTAR IMÁGENES VOLUMÉTRICAS DE HASTA 36 VOLÚMENES POR SEGUNDO O MAYOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600620	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV 0681	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO 2.1.3 EL USO DEL TRANSDUCTOR SOLICITADO ES DE USO INVASIVO EN LA CAVIDAD VAGINAL POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE LA SOLICITUD DE CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S, NO APLICA PARA ESTE Y NO DEBE DE HACERSE REFERENCIA AL TEXTO MENCIONADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERA ATENDER LA PRECISION TECNICA NUMERO 1 "ELASTOGRAFO ULTRASONICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO 2.1.7 DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1.3, DONDE SE SOLICITAN CARACTERÍSTICAS IDÉNTICAS AL PUNTO 2.1.7, ENTENDEMOS QUE SE DEBE DE OFERTAR SOLO UN TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERA ATENDER LA PRECISION TECNICA NUMERO 1 "ELASTOGRAFO ULTRASONICO" DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600622	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO 2.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR IMPRESORA B/N GRADO MEDICO INTEGRADA AL SISTEMA E IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR COMO PERIFÉRICO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600623	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.4, ANEXO TÉCNICO Y FICHA TÉCNICA. NORMAS OFICIALES VIGENTES	ENTENDEMOS QUE EN ESTE NUMERAL SE DEBERÁN CONSIDERAR ÚNICAMENTE LAS NORMAS Y/O CERTIFICADOS QUE APLIQUEN A LA PARTIDA OFERTADA. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
600624	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.4 CARTA DE APOYO	DEBIDO A LO OCURRIDO EN AÑOS ANTERIORES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, ACTUALMENTE LOS FABRICANTES O FILIALES EN MÉXICO, EMITEN CARTAS DE APOYO O LAS CARTAS NECESARIAS PARA LOS EVENTOS LICITATORIOS DE MANERA ELECTRÓNICA O DIGITAL, ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO Y/O CARTAS NECESARIAS DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO CON FIRMAS Y SELLOS DIGITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0682

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600625	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.4 CARTA DE APOYO	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AAFIRMATIVA Y DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE UTILIZAN LA FIRMA DIGITAL PARA LA FIRMA DE CUALQUIER CARTA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CERTIFICADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2016 PARA LOS DOCUMENTOS DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO QUE DEBAMOS PRESENTAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA
600626	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAN ...ASÍ COMO UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA, SOLICIMOS SE PERMITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, ENTREGAR CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA O ACTA DE ENTREGA INSTALACIÓN CAPACITACIÓN FIRMADA POR EL CLIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600627	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.14	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.14 SUBNUMERAL 3...CERTIFICADOS O DIPLOMAS...EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. PREGUNTA: DEBIDO A LA SITUACIÓN MUNDIAL LOS FABRICANTES OPTARON POR EL ENVÍO DE CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE MANERA DIGITAL O ELECTRÓNICA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ENTREGANDO LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS EMITIDOS POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE MANERA DIGITAL. ¿SE ACEPTA?	PUEDE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS ESCANEADOS O DIGITALIZADOS DEL ORIGINAL O LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS DIGITALES CON SU CADENA DE AUTENTICIDAD
600628	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5 VISITAS A LA UNIDAD HOSPITALARIA	DEBIDO A LOS TIEMPOS PARA REALIZAR LA VISITA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ABRIR UNA NUEVA FECHA PARA REALIZAR LA VISITA A LA UNIDAD MÉDICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600629	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5 VISITAS A LA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, SOLICITAMOS SE INDICA EL DÍA Y	LA RESPUESTA FUE NEGATIVA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			UNIDAD HOSPITALARIA	LA HORA PARA REALIZAR LA VISITA. FAVOR DE ACLARAR	
600630	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV 0683	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL	DEBIDO A QUE LA LICITACIÓN ES ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA INTEGRAR LA FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA ESCRITO, ANEXO O CARTA DONDE SE SOLICITE SU FIRMA SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO, REFORZANDO QUE LA PROPUESTA SERÁ FIRMADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA POR MEDIO LA PLATAFORMA COMPRANET. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
600631	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICA EN FORMATO EXCEL EDITABLE	DEBIDO A QUE SE PUEDEN PERDER LOS HIPERVÍNCULOS AL MOMENTO DE CARGAR LA PROPUESTA EN LA PLATAFORMA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REQUISITAR ESTA COLUMNA CON LA PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL EN LA QUE SE REFERENCIÉ CADA CARACTERÍSTICA DEL BIEN A OFERTAR DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE DE REFERENCIAR EL PUNTO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600632	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 19	ENTENDEMOS QUE EL ANEXO 19 SERÁ PRESENTADO ÚNICAMENTE CON LAS PARTIDAS OFERTADAS POR MI REPRESENTADA. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
600633	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 19	ENTENDEMOS QUE EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN DEL COMPENDIO" DEL ANEXO 19 SE DESCRIBIRÁ EL NOMBRE CORTO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS. ¿ES ESTO CORRECTO?	DEBERA COLOCAR NOMBRE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ANEXO 1.1
600642	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. FICHA 531.341.2479 - 001R	PUNTO 1.2.5.- ANODO ROTATORIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VELOCIDAD DE ROTACIÓN", YA QUE QUEDA POR EXPLICITO QUE EL ÁNODO ES ROTATORIO CON ESTE CONCEPTO Y ADEMÁS DICHA REFERENCIA CONTINUA CON LA CANTIDAD DE RPM. ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600643	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. FICHA 531.341.2479 - 001R	PUNTO 1.7.- PESO DE 440 KG. O MENOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN PESO TOTAL DE 580 KG, EL EQUIPO INCLUYE CON UN SISTEMA DE BATERÍAS INDEPENDIENTES, UNA DE ELLAS ES PARA EL SISTEMA DE MOTORIZACIÓN QUE DA UNA VELOCIDAD DE 5 KM/H Y 2.5 KM/K EN RAMPA, ESTO FACILITA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y ASEGURA EL MENOR ESFUERZO PARA EL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 0684
600644	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.2.-SELECCIÓN DE RADIOGRAFÍA PROGRAMADA ANATÓMICAMENTE, 200 PROGRAMAS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "EXÁMENES AUTOMÁTICOS PREDEFINIDOS CON PARÁMETROS PREDEFINIDOS" Y ADJUNTANDO UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDICA QUE EL NUMERO DE APR CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA NO COINCIDE CON EL NUMERAL REFERENCIADO
600645	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLON 4 CENTRAL DE MONITO P/ MÚLTIPLES CAMAS (6 MONITORES).531.6 32.0554 - 002	PUNTO 1.17.17 LA TECNOLOGÍA ACTUAL DE VENTILACIÓN PERMITE EL DESPLIEGUE DE CURVAS Y DATOS NUMEROS DE GASES EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR, CONCENTRANDO TODA LA INFORMACIÓN CLÍNICA NECESARIA DEL PACIENTE QUE LLEGUE A REQUIERIR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. POR ESTA RAZON, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR LA SOLICITUD DEL MÓDULO DE ESPIROMETRICA COMO OPCIONAL, YA QUE SERIA UN GASTO INECESARIO AL OBTENER LA INFORMACION DE LA ESPIROMETRÍA DEL VENTILADOR Y SOLO SE ESTARÍA ENCARECIENDO EL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600646	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLON 4 CENTRAL DE MONITO P/ MÚLTIPLES CAMAS (6 MONITORES).531.6 32.0554 - 002	PUNTO 3.5 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR LOS ACCESORIOS PARA ESPIROMETRIA COMO OPCIONALES., ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."** -

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600647	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV 0685	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 6.1 INCISO E	PREGUNTA: DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL NO FOLIAR LAS PROPUESTAS NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LAS MISMAS POR TRATARSE DE UNA LICITACION ELECTRÓNICA YA QUE NO ES POSIBLE QUE SE EXTRAVIE NINGUN DOCUMENTO ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
600648	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 6.2 INCISO 9 Y 20.	PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE QUE NO APLIQUE ESTE PUNTO SE PODRA PRESENTAR EL ANEXO 6 Y 15 RESPECTIVAMENTE CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
600649	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 3.4 Y NUMERAL5 DEL ANEXO 1 "ANEXO 1 TÉCNICO"	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE UN DIA MAS PARA REALIZAR LA VISITA ANTES DE QUE SE PRESENTE LA APERTURA DE PROPUESTAS, DE CUALQUIERA DE LAS PARTIDAS QUE SE REQUIERE REALIZAR LA VISITA, ESTO DEBIDO QUE NUESTRO PERSONAL ESPECIALIZADO SE ENCONTRABA DE VIAJE EN VARIOS SITIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y LOS TIEMPOS DE PROGRAMACIÓN FUERON MUY RECORTADOS EN LA MISMA CONVOCATORIA Y NO PUDIERON ASISTIR A DICHA VISITA YA QUE LA FINALIDAD DE LA VISITA ES VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPONER Y CONTEMPLAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN ESTA LICITACION, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600650	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 3.4 Y NUMERAL5 DEL ANEXO 1 "ANEXO 1 TÉCNICO"	EN CASO QUE LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, FAVOR DE CONSIDERAR DE ACEPTAR UNA CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL LICITANTE QUE SE COMPROMETE A INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA LA OPTIMA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ESTA SEA Y A ENTERA SATISFACCION DEL PERSONAL USUARIO Y ENCARGADO DE VERIFICAR DICHAS INSTALACIONES Y ASI GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				EQUIPO Y AREAS QUE LO CONFORMAN ¿SE ACEPTA?	0686
600651	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. FICHA 531.341.2479 - 001R	PUNTO 1.2.4.- ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180 Y -180° O MAYOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAS ESTE PUNTO DE MANERA GRAFICA EN UNA IMAGEN DEL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES, EN LA IMAGEN SE DEMUESTRA PERFECTAMENTE EL PUNTO REQUISITADO ¿SÉ ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UNICAMENTE UNA IMAGEN POR FICHA TECNICA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
600652	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. FICHA 531.341.2479 - 001R	PUNTO 1.17.- PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA LCD O TFT DE 19" O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA PANTALLA DE 17" LCD A COLOR CON FUNCIONAMIENTO TÁCTIL, ESTO NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO NI LA CALIDAD DIAGNOSTICA DE LAS IMÁGENES, DE IGUAL MANERA LA PANTALLA ES DE ALTA RESOLUCIÓN LO QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600653	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV 0687	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.1.4.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 0.001 SEGUNDOS O MENOR A 5 SEGUNDOS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS A 4 SEGUNDOS, CONSIDERAMOS QUE ESTE TIEMPO ESTA DENTRO DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS PARA OBTENER IMÁGENES DE CALIDAD DIAGNOSTICA, ADEMÁS DE ESO QUE EL EQUIPO EXCEDE OTROS PARÁMETROS SOLICITADOS COMO LA CORRIENTE, INCLUSIVE CUENTA CON 4 MODOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO QUE ARMONIZAN LA TÉCNICA PARA OTORGAR UN ESTUDIO DE CALIDAD ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA NO COINCIDE CON EL NUMERAL REFERENCIADO
600654	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 19	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE EN QUE APARTADO SE INGRESARA EL ANEXO 1.2 EN COMPRANET?	CON LA PRECISION 4 DEL APARTADO III DEL ACTA DE JUNTA DE ACLRACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600655	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE EN QUE APARTADO SE INGRESARA EL ANEXO 19 EN COMPRANET?	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO III DEL ACTA DE JUNTA DE ACLRACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600656	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARAMETROS COMPRANET	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS APERTURE UNA CASILLA PARA INGRESAR EL ANEXO 19	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO III DEL ACTA DE JUNTA DE ACLRACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600657	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARAMETROS COMPRANET	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS APERTURE UNA CASILLA PARA INGRESAR EL ANEXO 1.2	CON LA PRECISION 4 DEL APARTADO III DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600658	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARAMETROS COMPRANET	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA PODER SUBIR LOS ANEXOS CON HIPERVINCULOS , NOS APERTURE 55 CASILLAS DE 150 MB. SE ACEPTA?	CON LA PRECISION 4 DEL APARTADO III DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600659	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARAMETROS COMPRANET	SI LA PREGUNTA ANTERIOR ES ACEPTADA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN LA CASILLA DE ANEXO 19 SE NOS PERMITA SUBIR CARPETAS ZIP POR PARTIDA. SE ACEPTA?	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO III DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600660	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES DE LA LICITACION	SE ENTIENDE QUE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SERAN CON FIRMA DIGITAL AUTOGRAFA DEBIDO A QUE ES UNA LICITACIÓN ELECTRONCIA . ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 0688	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.11 FORMA DE PRESENTAR LA PROPOSICION, LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 34 DE LA LAASP, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, LAS PROPOSICIONES SERÁN ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL LOS LICITANTES DEBERÁN UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EL SISTEMA COMPRANET. DICHO SISTEMA GENERARÁ EL SOBRE CON LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS QUE RESGUARDAN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DE TAL FORMA QUE SEA INVIOLABLE. LOS LICITANTES DEBERÁN CONTEMPLAR QUE EL MEDIO DE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0689				IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SERÁ EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA "E.FIRMA", QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS CUALES PRODUCIRÁN LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y, EN CONSECUENCIA, TENDRÁN EL MISMO VALOR PROBATORIO; LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET 2023. PARA EL CASO DE ESCRITOS, MANIFIESTOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE REQUIERA LA FIRMA DEL RESPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DEBERÁ ESTAMPAR SU FIRMA DIGITAL.
600661	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	6.1 PROPUESTA TECNICA	DICE: FORMATO DIGITAL PDF Y EXCEL .SE ENTIENDE QUE EN EL MISMO RUBRO DE COMPRANET, SE SUBIRAN LOS DOS ARCHIVOS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTO
600662	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS	DEBIDO A QUE SOLICITAN HIPERVINCULOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA DEPENCIA QUE NOS INDIQUE EN QUE FORMATO SE DESCARGA LA TOTALIDAD DE NUESTRA PROPUESTA DESDE EL PORTAL COMPRANET ZIP, RAR U OTROS?	CON LA PRECISION 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600663	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.6 ACTO DE PRESENTACION	DICE: ESCANEO DE DICHA PROPOSICIÓN DEBERÁ CORRESPONDER CON LOS DOCUMENTOS RUBRICADOS Y/O FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE. SE ENTIENDE QUE AL SER UNA LICITACIÓN DIGITAL , LA FIRMA Y RUBRICA ES DIGITAL. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION 0690
600664	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.15 RÚBRICA DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS	SE ENTIENDE QUE SOLO LOS SERVIDORES PUBLICOS SON LOS QUE RUBRICARAN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
600665	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	GARANTIAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA DEPENDECIA QUE NOS ACLARE SI SOLO SON 2 GARANTÍAS , VICIOS OCULTOS Y CUMPLIMIENTO. ES CORECTA NUESTRA APRECIACIN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
600666	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11 - LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA, PUNTO 1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600667	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11 - LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CÁMARA FABRICADA COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 316L. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
600668	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12 - LAVADORA DESCONTAMINADORA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600669	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12 - LAVADORA DESCONTAMINADORA, PUNTO 1.1	SE DEBE ENTENDER QUE DERIVADO DE LA VISITA A LA UNIDAD EN LA QUE OBSERVAMOS LAS CONDICIONES ACTUALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL ÁREA DESTINADA PARA ESTE EQUIPO, PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON DIMENSIONES: 69X70X196 CM, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DEL ±10%
600670	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA	TÉCNICO	PARTIDA 12 - LAVADORA	SE DEBE ENTENDER QUE LAS DIMENSIONES TIENEN UNA TOLERANCIA DE ± 15 CM, ¿ES	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
0691	BIOMEDICA SA DE CV		DESCONTAMINADORA, PUNTO 1.2	CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
600671	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12 - LAVADORA DESCONTAMINADORA, PUNTO 1.4	DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UNA BOMBA DE LAVADO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316L. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
600672	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13 - LAVADORA ULTRASÓNICA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600673	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13 - LAVADORA ULTRASÓNICA.	DICE: "1.13.- TRANSDUCTOR DE AL MENOS 38 KHZ." CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE NUESTRA MARCA, SIN SER UN DECREMENTO EN LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600674	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13 - LAVADORA ULTRASÓNICA.	DICE: "1.5.- TIPO CONSOLA O SOBREMESA." ES CORRECTO ENTENDER, QUE AL PEDIR TIPO CONSOLA, REQUIERE UNA PUERTA QUE CUBRA LA LAVADORA CUANDO ESTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE A TIPO CONSOLA O SOBREMESA A QUE LA LAVADORA ULTRASONICA DEBERA PODER SER COLOCADA SOBRE UNA MESA DE ACERO INOXIDABLE SOBRE LA QUE SE INSTALARÁ EL EQUIPO Y DEBERA SER ENTREGADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
600675	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13 - LAVADORA ULTRASÓNICA.	DICA: "1.12.- CON CAPACIDAD DE AL MENOS 28L." DEBEMOS DE ENTENDER, QUE LA CAPACIDAD ÚTIL DE LA TINA SEA DE 28L, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, LA CAPACIDAD UTIL DEBE SER DE AL MENOS 28L.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600676	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	ENTENDEMOS QUE, PARA LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA EXITOSOS EN EL HOSPITAL, SE REQUIEREN GRANDES AUMENTOS PARA PODER RESOLVER LAS NECESIDADES DE MAGNIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMAGEN. ENTENDEMOS QUE ES NECESARIO UN TUBO QUE PERMITA INCREMENTAR LA MAGNIFICACIÓN MÍNIMO UN 50% ADICIONAL, A LA MAGNIFICACIÓN MOTORIZADA, CON TAN SOLO PRESIONAR UN BOTÓN. CON ESTO, EL CIRUJANO TENDRÁ MÁS HERRAMIENTAS QUE LE PERMITAN LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS, TALES COMO ANASTOMOSIS	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600677	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	DICE: "1.3.2.- CON SISTEMA DE FRENADO." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA ESTE PUNTO, EL SISTEMA A OFERTAR DEBE CONTAR CON UN SOLO PEDAL QUE PERMITA FRENAR EL SISTEMA DE MANERA INMEDIATA PARA POSICIONARLO EN EL QUIRÓFANO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600678	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	DICE: "1.17.1.- FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN INTRAOPERATORIA EN APLICACIONES CON FLUORESCENCIA PARA ONCOLOGÍA, RECONSTRUCCIÓN DE MAMA DEL SISTEMA NERVIOSO (TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO)." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER EL FILTRO AMARILLO 560; CUYO MEDIO DE CONTRASTE UTILIZA FLUORESCEÍNA. ESTE FILTRO AMARILLO ES EL ÚNICO QUE CUENTA CON EL CONTRASTE DISPONIBLE EN MÉXICO. EXISTEN OTROS FILTROS ONCOLÓGICOS COMO EL AZUL, CUYO MEDIO DE CONTRASTE NO ESTÁ DISPONIBLE EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA DEL FILTRO AMARILLO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

0692

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600679	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	DICE: "1.4.3.- PANTALLA ALTA DEFINICIÓN O SUPERIOR DE 21" O MAYOR, CON ROTACIÓN E INCLINACIÓN." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA ESTE PUNTO, EL SISTEMA A OFERTAR DEBE CONTAR CON UNA PANTALLA DE ESAS DIMENSIONES INTEGRADA EN EL CUERPO/ESTATIVO DEL MICROSCOPIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600680	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	DICE: "1.5.- MOVIMIENTO MOTORIZADO DEL MICROSCOPIO." PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA FUNCIÓN XY MOTORIZADO, PARA MOVER EL EQUIPO DE MANERA AUTOMÁTICA EN ESTE PLANO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600681	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	DICE: "1.6.- SISTEMA DE AUTOBALANCEO AUTOMÁTICO." PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE, PARA FACILITAR LA PREPARACIÓN DEL MICROSCOPIO Y EFICIENTIZAR EL TIEMPO; ES NECESARIO QUE EL MICROSCOPIO A OFERTAR, UNA VEZ QUE ESTÁ EN LA POSICIÓN DE BALANCE, CUENTE CON UN BOTÓN QUE, AL PRESIONARLO UNA SOLA VEZ, SE PUEDA LLEVAR A CABO EL EQUILIBRIO DEL MICROSCOPIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600682	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	DICE: "1.7.- CAPACIDAD DE VACIO PARA LA COLOCACIÓN DE LA FUNDA ESTERIL." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, LA CONVOCANTE REQUIERE UNA FUNCIÓN QUE, CON TAN SOLO PRESIONAR UN BOTÓN, PERMITA RETIRAR EL AIRE CONTENIDO EN LA FUNDA ESTÉRIL UNA VEZ QUE SE VISTE EL MICROSCOPIO, FACILITANDO EL AJUSTE Y EVITANDO QUE QUEDE COLGANDO E INTERFIERA EN LA VISUALIZACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO. CUALQUIER PROPUESTA QUE NO CUMPLA CON ESTA FUNCIÓN DE ASPIRACIÓN ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600683	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	DICE: "1.11.1.- ENFOQUE MOTORIZADO; CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 225 A 500 MM." PREGUNTA: ALGUNOS PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVAS REQUIEREN TRABAJAR A DISTANCIAS CORTAS, DE TAL MANERA QUE PERMITAN OBSERVAR EL CAMPO OPERATORIO DE MEJOR FORMA. EL EQUIPO A OFERTAR CUENTA CON UNA DISTANCIA EN UN RANGO DE 200 A 500 MM. ESTO SUPERA LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0694
600684	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	DICE "1.12.4.- CON CAPACIDAD DE MINIMIZAR LAS SOMBRAS." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA ESTE PUNTO, EL SISTEMA A OFERTAR DEBE CONTAR CON UNA FUNCIÓN DE LUZ ADICIONAL PARA ILUMINAR SOBRAS O CANALES ESTRECHOS. CUALQUIER OFERTA QUE NO CUMPLA CON ESTE PUNTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600685	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16 - MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA .	DICE: "1.13.1.- CON VIDEOCÁMARA COMPACTA DE 3 CHIPS DE ALTA DEFINICIÓN A COLOR, INTEGRADA EN EL CUERPO DEL MICROSCOPIO (INTERNA)." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA ESTE PUNTO, LA CÁMARA DEBE SER TOTALMENTE INTEGRADA, INTERNA, SIN CABLES NI MÓDULOS EXTERNOS. CUALQUIER OFERTA QUE NO CUMPLA CON ESTO SERÍA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600686	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 26 - UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600687	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV 0695	TÉCNICO	PARTIDA 26 - UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	DICE: "1.9 DIMENSIONES: 220 CM DE ALTURA 120 CM ANCHO Y 52 CM DE PROFUNDIDAD CON +/- 10% DE TOLERANCIA EN LAS TRES MEDIDAS." CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CON CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 710 X 787 X 1900 MM (ANXPRXAL), YA QUE, ESTAS CARACTERÍSTICAS NO LIMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DEL ±10%
600688	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51 - ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600689	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51 - ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA	DICE: "1.2.- TEMPERATURA DE 40-55 (±1)°C." CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN ENTRE 50 °C Y 55 °C, YA QUE, ESTE RANGO DE TEMPERATURA NO DELIMITA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y HACE POSIBLE UN CORRECTO PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS EMAS PARTICIPANTES
600690	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51 - ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA	DICE: "1.4.- SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE PUERTA(S), DURANTE EL PERÍODO DE ESTERILIZACIÓN." DEBEMOS DE ENTENDER, QUE, SE REQUIERE UNA PUERTA DESLIZANTE AUTOMÁTICA SE MANTENGA BLOQUEADA DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y NO PUEDA ABRIRSE HASTA QUE SE CUMPLA DICHO CICLO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE UN EQUIPO DE DOS PUERTAS QUE NO PERMITA LA APERTURA DE NINGUNA PUERTA DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACION.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600691	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51 - ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA	DICE: "1.1.1.- DIMENSIONES EXTERNAS 0.80M (±10%) * 1.0M (±10%) * 1.70M (O MAYOR); CON BASE." SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ALTURA DE ±1%, YA QUE, LA DIFERENCIA ES NULA Y ESTA CARACTERÍSTICA NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO NI PROPÓSITO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DEL ±10% 0696
600692	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 - ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600693	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 - ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO.	DICE: "1.12.- PANTALLA GRÁFICA DIGITAL DE MÍNIMO 7 PULGADAS, EN AMBOS LADOS, UNO HACIA EL ÁREA GRIS Y UNO HACIA EL ÁREA BLANCA." CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CON CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" Y 3,5" EN EL LADO DE DESCARGA, ESTA CARACTERÍSTICA NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO NI PROPÓSITO DEL EQUIPO, YA QUE, PARA EL ÁREA BLANCA, NO ES NECESARIO TENER UNA PANTALLA CON TALES DIMENSIONES, PUESTO QUE TODO PROCESO DE ESTERILIZACIÓN SE CONFIGURA E INICIA DESDE EL ÁREA GRIS, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600694	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14. NUMERAL 1.5.3	DEBEREMOS ENTENDER QUE PODREMOS OFERTAR PARA ESTA CARACTERÍSTICA FILTRO DE RH, AG Y AL (RODIO, ALUMINIO Y PLATA) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600695	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600696	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV 0697	TÉCNICO	PARTIDA 14. NUMERAL 1.7.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR MOVIMIENTOS DE ROTACION DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA COMO ROTACIÓN DEL BRAZO DE -195° A 155°, CON ESTE MOVIMIENTO SE PERMITE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ESTUDIOS CON TODAS LAS VISTAS REQUERIDAS PARA MASTOGARFIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600697	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14.NUMERAL 1.10.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A NUESTA TECNOLOGÍA COMO "RANGO DE COMPRESIÓN TOTAL DE 70 N A 178 N" YA QUE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES MENCIONAN QUE LA FUERZA DEBE SER ENTRE 80-120 ,SIN EMBARGO, EL RANGO DE COMPRESIÓN TOTAL DE 70 N A 178 N ES UNA FUERZA ADECUADA PARA LA MAYORÍA DE LAS MUJERES Y NECESARIA PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE RADIACIÓN NECESARIA PARA EL DIAGNÓSTICO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LAS BASES.
600698	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600699	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53. NUMERAL 1.7.3	DEBEREMOS ENTENDER QUE PODREMOS OFERTAR PARA ESTA CARACTERÍSTICA FILTRO DE RH, AG Y AL (RODIO, ALUMINIO Y PLATA) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600700	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53. NUMERAL 1.9.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR MOVIMIENTOS DE ROTACION DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA COMO ROTACIÓN DEL BRAZO DE -195° A 155°, CON ESTE MOVIMIENTO SE PERMITE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ESTUDIOS CON TODAS LAS VISTAS REQUERIDAS PARA MASTOGARFIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600701	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53. NUMERAL 1.12.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A NUESTA TECNOLOGÍA COMO "RANGO DE COMPRESIÓN TOTAL DE 70 N A 178 N" YA QUE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES MENCIONAN QUE LA FUERZA DEBE SER ENTRE 80-120 ,SIN EMBARGO, EL RANGO DE COMPRESIÓN TOTAL DE 70 N A 178 N ES UNA FUERZA ADECUADA PARA LA MAYORÍA DE LAS MUJERES Y NECESARIA PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE RADIACIÓN NECESARIA PARA EL DIAGNÓSTICO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LAS BASES. 0698
600702	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53. NUMERAL 1.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CORRIENTE DE 3 A 500 MAS YA QUE CON ESTE RANGO GARANTIZAMOS CALIDAD DE IMAGEN PARA LOS DETALLES MÍNIMOS EN EL DIAGNOSTICO SIN LA NECESIDAD DE RADIAR AL PACIENTE UN MAYOR TIEMPO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600703	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53. NUMERAL 1.21.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS OFERTAR UN SISTEMA DE BIOPSIA ASISTIDO POR VACIO COMPATIBLE CON EL MASTOGRAFO. FAVOR DE ACLARAR.	PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600704	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53. NUMERAL 1.21.4	EN CASO DE NO REQUERIR QUE SE OFERTE SISTEMA DE BIOPSIA , SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE PARA QUE MARCA Y MODELO SE REQUIERE EL ADAPTADOR DE BIOPSIA	DEBE SER COMPATIBLE CON LA MARCA Y MODELO DEL MASTOGRAFO OFERTADO.
600705	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53. NUMERAL 3.3	DE ACUERDO CON EL NUMERAL 3.4, DEBEREMOS ENTENDER QUE SE REQUIEREN 10 AGUJAS PARA BIOPSIA COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE BIOPSIA OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
600706	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53. NUMERAL 3.4	DEBEREMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE 10 KITS QUE CONTENGAN GUIA DE BIOPSIA Y MARCADORES DE BIOPSIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
600707	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0699			6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	
600708	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 NUMERAL 1.8.5	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL YA QUE EL DETECTOR OFERTADO ES UN DETECTOR FIJO ENSAMBLADO EN EL INTERIOR DE LA MESA, HERMETICAMENTE SELLADO, NO SE ENCUENTRA EXPUESTO AL AMBIENTE O AL MANEJO POR EL USUARIO DE TAL FORMA QUE SE ENCUENTRA PROTEGIDO A POLVO Y SALPICADURAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
600709	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 NUMERAL 1.8.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UNA MATRIZ DE DETECTOR DE 2800 X 2800 PIXELES, GARANTIZANDO IMAGEN DE CALIDAD CON ESTA RESOLUCIÓN, ADEMÁS DE QUE DE ACUERDO A LAS CÉDULA DE CENETEC PARA UN EQUIPO DE TELEMANDO SE DEBE DE OFERTAR MÍNIMO UNA MATRIZ DE 2000 X 2000 PIXELES, Y NUESTRO DETECTOR SUPERA ESTA RECOMENDACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600710	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 NUMERAL 1.7.2	DEBEREMOS ENTENDER QUE SE PODRÁ REFERENCIAR "CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1TB" EN EL ENTENDIDO QUE EN UN 1TB SE PUEDEN ALMACENAR MÁS DE 250, 000 IMÁGENES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO ESTA CARACTERÍSTICA SEA EQUIVALENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.
600711	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 NUMERAL 1.8.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTA CARACTERISTICA "ANÁLISIS VASCULAR Y REPORTE VASCULAR", CON EL FIN DE PROPORCIONARLE AL USUARIO LAS HERRAMIENTAS PARA EVALUAR CUALQUIER VASO DEL CUERPO YA SEA EN EL TORAX, EXTEMIDADES SUPERIORES E INFERIORES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE REFERENCIAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600712	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 NUMERAL 1.8.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERISTICA COMO "ADQUISICIÓN DE IMÁGENES VASCULARES, CON FUNCIÓN DE CALIPER Y DESPLIEGUE DE PATRON DE LINEAS DE PUNTOS" EN EL ENTENDIDO DE QUE CON ESTAS HERRAMIENTAS SE PUEDE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE INCERSIÓN DE CATETERES EN VENAS Y ARTERIAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA 0700
600713	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 NUMERAL 1.9	DEBEREMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE LA INTIMA MEDIA Y CONCECTIVIDAD DICOM PARA EL ALMACENAMIENTO Y ENVIO DE ESTUDIOS EN FORMATO DICOM ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA
600714	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 NUMERAL 1.10	DEBEREMOS ENTENDER QUE PARA ESTA CARACTERISTICA PODREMOS OFERTAR LÍNEA DE GUÍA DE PUNCIÓN , HERRAMIENTA USADA PARA INSERTAR AGUJAS Y CATETERES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600715	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 NUMERAL 2.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL DE 2 A 12 MHZ, ES DECIR, CON UNA DIFERENCIA DE ± 1 MHZ EN EL RANGO SUPERIOR, YA QUE ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y REALIZA LAS APLICACIONES REQUERIDAS EN LA CÉDULA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600716	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, NUMERAL 6.9.- GUÍA MECÁNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN FORMATO AUTOCAD PARA LAS PARTIDAS 14,53 Y 55, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE LA GUÍA MECÁNICA CONFORME A LAS ÁREAS DESTINADAS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS PREVIAMENTE MENCIONADOS.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600717	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV 0701	TÉCNICO	PARTIDA 28, PUNTO 1.1.1.- POTENCIA DE 30 KW. Ó MAYOR.	DEBEREMOS ENTENDER QUE EL GENERADOR DE RAYOS X DEBER TENER UNA POTENCIA DE ALMENOS 40KW, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN NECESARIO PARA OBTENER UNA IMAGEN DE ALTA CALIDAD, LO QUE NO SOLO MEJORA LA EFICIENCIA DEL PROCESO, SINO QUE TAMBIÉN REDUCE LA DOSIS DE RADIACIÓN PARA EL PACIENTE Y EL USUARIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE POR LOS DEMÁS PARTICIPANTES
600718	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	PUNTO 1.2.4.- ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180 Y -180° O MAYOR: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CUYA ROTACIÓN DEL TUBO SEA DE +90 Y -90° O MAYOR, DADO QUE LA ROTACIÓN EN LA COLUMNA DE NUESTRA SOLUCIÓN CUBRE UN RANGO DE +320 A -320°, LO CUAL AYUDA A COMPENSAR ESTA DIFERENCIA A NIVEL FUNCIONAL, ASEGURANDO UNA COBERTURA ANGULAR MÁS AMPLIA . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
600719	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28, PUNTO 1.7.- PESO DE 440 KG. O MENOR.	PUNTO 1.2.4.- ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180 Y -180° O MAYOR: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UNA TOLERANCIA DE ±10% DEL PESO SOLICITADO, AL SER MOTORIZADO ESTA DIFERENCIA NO TRAERÁ LIMITACIONES EN LA MOVILIDAD Y/O MANEJO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
600720	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28, PUNTO 1.14.- CONTROL REMOTO ALÁMBRICO PARA EXPOSICIÓN.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE EQUIPOS CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, CONSIDERANDO QUE ESTA CARACTERÍSTICA SUPERIOR PERMITIRÁ MEJORAR LOS FLUJOS DE TRABAJO DÁNDOLE MAYOR VERSATILIDAD DE USO A LA SOLUCIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SUGERENCIA?	NO SE ACEPTA, EL CONTROL DEBE SER ALAMBRICO.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600721	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	PUNTO 1.17.- PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA LCD O TFT DE 19" O MAYOR: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE ÚNICAMENTE PANTALLAS AJUSTABLES CUYAS DIMENSIONES SEAN DE 21" O MAYOR, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS ADQUIRIDOS.¿¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?¿¿	PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0702
600722	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 46 - MESA DE 230 ACERO INOXIDABLE CON GABINETES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600723	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 47 - MESA DE 230 ACERO INOXIDABLE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600724	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 48 - MESA DE 120 ACERO INOXIDABLE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600725	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 49 - MESA DE 280 ACERO INOXIDABLE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600726	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 50 - MESA DE 60 ACERO INOXIDABLE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	CON LA PRECISION 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACION SE ATIENDE SU CUESTIONAMIENTO
600727	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.3	DICE: "MONITOREO CENTRAL CON DOS PANTALLAS TÁCTILES DE 24" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD TFT O SUPERIOR, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO)" PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA QUE OFERTAMOS CONSISTE EN DOS PANTALLAS A COLOR, TECNOLOGÍA LCD DE LA MISMA MARCA QUE LOS MONITORES DE CABECERA QUE PERMITE MOSTRAR TODOS LOS PARÁMETROS CLÍNICOS, ALARMAS Y SUCESOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPOS CON UNA VARIACIÓN EN SU TAMAÑO DE UN +/- 2", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
600728	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTOS 1.7, 1.9 Y 1.1O	DICE: "1.7 ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS DE HASTA 30 DÍAS.... 1.9 CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 10 DÍAS.... 1.10 CAPTURA, REVISIÓN DE DATOS Y VISUALIZACIÓN COMPLETA DE 10 DÍAS." PREGUNTA: DEBIDO A QUE SON EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN ÁREAS CRITICAS Y ES IMPORTANTE TENER UN REPORTE Y/O ATENCIÓN OPORTUNA DEL PACIENTE Y DE ACUERDO A LA NOM-025-SSA3-2013, DONDE EQUIPOS DE ESTA NATURALEZA DEBEN CUMPLIR CON 24 HORAS DE ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO TAMBIEN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SUS ARTICULOS 41 Y 42, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 72 HORAS ESTO PARA NO LIMITAR	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LOS SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y QUE AL MENOS 5 CASAS COMERCIALES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ANTES CITADA, ¿SE ACEPTA?	0704
600729	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.17.11.3	DICE: "1.17.11.3 FUNCIÓN DE STAT O PUNCIÓN VENOSA " PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON NOMENCLATURA DE NUESTRO FABRICANTE QUE ES ESTASIS VENOSA (UTILIZA EL BRAZALETE DE PANI COMO TORNIQUETE PARA CANULACION VENOSA), ES LO MISMO QUE FUNCION STAT O PUNCION VENOSA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA
600730	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.17.17	DICE: "1.17.17 ESPIROMETRÍA: (SE DEBE TENER LA OPCIÓN TANTO EN EL MONITOR COMO EN LA UNIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS SUBPUNTOS DEL PUNTO 17.17 DE UN PACIENTE) " PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE FABRICANTE QUE CONSISTE DE UN MÓDULO QUE SE CONECTA AL VENTILADOR Y AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PACIENTE, QUE PERMITE VISUALIZAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600731	CONDUIT LIFE SA DE CV 0705	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 3.7	DICE: "EN CASO DE QUE LOS MONITORES CUENTEN CON REGISTRADOR TÉRMICO: 3 ROLLOS DE PAPEL PARA MONITOR." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES OPCIONAL EL OFERTAR 3 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO Y QUE SE PODRÁ REFERENCIAR DICHO PUNTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", Y POR LO TANTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
600732	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 3.3	DICE: "PARA INDICE BISPECTRAL, 50 SENSORES DESECHABLES ADULTO." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES OPCIONAL ESTE PUNTO YA QUE EN LA FICHA TECNICA PUNTO 1.17.15 NOS DICE "CON OPCION A FUTURO DE INDICE BISPECTRAL DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR", ES POR ELLO QUE SE PODRÁ REFERENCIAR DICHO PUNTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", Y POR LO TANTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION.
600733	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.3	DICE: "MONITOREO CENTRAL CON DOS PANTALLAS TÁCTILES DE 24" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD TFT O SUPERIOR, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO)" PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA QUE OFERTAMOS CONSISTE EN DOS PANTALLAS A COLOR, TECNOLOGÍA LCD DE LA MISMA MARCA QUE LOS MONITORES DE CABECERA QUE PERMITE MOSTRAR TODOS LOS PARÁMETROS CLÍNICOS, ALARMAS Y SUCESOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPOS CON UNA VARIACIÓN EN SU TAMAÑO DE UN +/- 2", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600734	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTOS 1.7, 1.9 Y 1.1O	DICE: "1.7 ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS DE HASTA 30 DÍAS.... 1.9 CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 10 DÍAS.... 1.10 CAPTURA, REVISIÓN DE DATOS Y VISUALIZACIÓN COMPLETA DE 10 DÍAS." PREGUNTA: DEBIDO A QUE SON EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN ÁREAS CRITICAS Y ES IMPORTANTE TENER UN REPORTE Y/O ATENCIÓN OPORTUNA DEL PACIENTE Y DE ACUERDO A LA NOM-025-SSA3-2013, DONDE EQUIPOS DE ESTA NATURALEZA DEBEN CUMPLIR CON 24 HORAS DE ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO TAMBIEN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SUS ARTICULOS 41 Y 42, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 72 HORAS ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y QUE AL MENOS 5 CASAS COMERCIALES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ANTES CITADA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 0706
600735	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.17.11.3	DICE: "1.17.11.3 FUNCIÓN DE STAT O PUNCIÓN VENOSA " PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON NOMENCLATURA DE NUESTRO FABRICANTE QUE ES ESTASIS VENOSA (UTILIZA EL BRAZALETE DE PANI COMO TORNIQUETE PARA CANULACION VENOSA), ES LO MISMO QUE FUNCION STAT O PUNCION VENOSA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA
600736	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.17.17	DICE: "1.17.17 ESPIROMETRÍA: (SE DEBE TENER LA OPCIÓN TANTO EN EL MONITOR COMO EN LA UNIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS SUBPUNTOS DEL PUNTO 17.17 DE UN PACIENTE) " PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE FABRICANTE QUE CONSISTE DE UN MÓDULO QUE SE CONECTA AL VENTILADOR Y AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PACIENTE, QUE	NO SE ACEPTA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0707			PERMITE VISUALIZAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO, ¿SE ACEPTA?	
600737	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 3.7	DICE: "EN CASO DE QUE LOS MONITORES CUENTEN CON REGISTRADOR TÉRMICO: 3 ROLLOS DE PAPEL PARA MONITOR." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES OPCIONAL EL OFERTAR 3 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO Y QUE SE PODRÁ REFERENCIAR DICHO PUNTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", Y POR LO TANTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
600738	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 3.3	DICE: "PARA INDICE BISPECTRAL, 50 SENSORES DESECHABLES ADULTO." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES OPCIONAL ESTE PUNTO YA QUE EN LA FICHA TECNICA PUNTO 1.17.15 NOS DICE "CON OPCION A FUTURO DE INDICE BISPECTRAL DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR", ES POR ELLO QUE SE PODRÁ REFERENCIAR DICHO PUNTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", Y POR LO TANTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERA OFERTAR LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
600739	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28, PUNTO 1.5	DICE: RODAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA ESPECIFICACIÓN HACE REFERENCIA A QUE EL EQUIPO CUENTE CON FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600740	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28, PUNTO 1.6	DICE: CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 6,000 IMÁGENES O MAYOR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5,000 IMÁGENES, ESTO CON EL ARGUMENTO QUE NUESTRO EQUIPO CUENTA CON EL SISTEMA DE COMPATIBILIDAD PACS, QUE PERMITE QUE LAS IMÁGENES SEAN ENVIADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL HOSPITAL, PERMITIENDO UNA MEJOR INTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN DE MANERA EFICAZ E INDIVIDUAL. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0708
600741	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28, PUNTO 1.8	DICE: CON BATERÍAS PARA MOVIMIENTO (MOTORIZADO) Y EXPOSICIÓN (RADIOGRAFICA) PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA ESPECIFICACIÓN HACE REFERENCIA A QUE EL EQUIPO FUNCIONE CON LAS BATERÍAS DE RESPALDO PARA TRASLADARLO Y REALIZAR UNA EXPOSICIÓN SIN LA NECESIDAD DE ESTAR CONECTADO A LA TOMA DE CORRIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
600742	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55, PUNTO 1.1.7	DICE: FLUOROSCOPIA CONTINUA Y PULSADA PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOLO FLUOROSCOPIA PULSADA, ASEGURANDONOS QUE EL EQUIPO FUNCIONARA DE MANERA CORRECTA PARA REALIZAR UN ESTUDIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
600743	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55, PUNTO 1.1.7	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS NOS DEN EL FUNDAMENTO TÉCNICO, MEDICO Y LEGAL POR LO QUE ESTÁN SOLICITANDO LA FLUROSCOPIA CONTINUA YA QUE EN LA ACTUALIDAD SE TRATA DE DAR EL MENOR PERIODO DE RADIACIÓN TANTO AL PACIENTE COMO A LOS MÉDICOS TRATANTES Y ASÍ EVITAR POSIBLES COMPLICACIONES POR EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN ¿FAVOR DE ACLARAR LO SOLICITADO?	LA RESPUESTA NO FUE NEGATIVA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600744	CONDUIT LIFE SA DE CV 0709	TÉCNICO	PARTIDA 55, PUNTO 1.3.4	DICE: DISTANCIA FOCO-PELÍCULA VARIABLE CONTINUO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA ESTE PUNTO CON LA NOMENCLATURA DE SID QUE ES LA DISTANCIA DESDE EL TUBO DE RAYOS X AL RECEPTOR DE LA IMAGEN, QUE ES LO MISMO QUE LA DISTANCIA FOCO-PELÍCULA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
600745	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55, PUNTO 1.3.4	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS NOS DEN EL FUNDAMENTO TÉCNICO, MEDICO Y LEGAL POR LO QUE ESTÁN SOLICITANDO YA QUE SE TRATA DE DAR RADIACIONES MAS FOCALIZADAS PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN DE MAS AL PACIENTE ¿FAVOR DE ACLARAR LO SOLICITADO?	LA RESPUESTA NO FUE NEGATIVA
600746	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55, PUNTO 1.4.2	DICE: MOTORIZADA CON TELE MANDO PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS DE CLARIDAD EN ESTE PUNTO SI HACE REFERENCIA A LA MANIOBRA QUE PUEDE REALIZAR LA MESA DEL EQUIPO A TRAVÉS DE UN BOTÓN, COMANDO O PALANCA? DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA IMAGEN DONDE SE VISUALIZA LA PARTE DONDE EL EQUIPO PERMITE REALIZAR LA FUNCIÓN DESCRITA COMO MOTORIZADA CON TELEMANDO. ¿SE ACEPTA? "	ES CORRECTO, SE ACEPTA.
600747	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55, PUNTO 1.11	DICE: COLIMACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOLO COLIMACIÓN AUTOMÁTICA, AGILIZANDO EL TRABAJO DEL USUARIO Y MINIMIZANDO EL ERROR DE PRECISIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LOS SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600748	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.5	DICE: 2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES. ... EL LICITANTE DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EL ANEXO 1.4 "ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO". PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS SE DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EL ANEXO 1.4 INCLUYENDO ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS EN LAS QUE ESTAMOS PARTICIPANDO Y PARA LAS CUALES SE REQUIERE DE MUESTRA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO 0710
600749	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.5	DICE: 2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES. ... EL LICITANTE DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EL ANEXO 1.4 "ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO". PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR FAVOR ACLARE SI EN LA COLUMNA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 1.4 "ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" SE DEBERÁ COLOCAR ÚNICAMENTE LA DESCRIPCIÓN CORTA DE LA PARTIDA A LA QUE PERTENECE LA MUESTRA O SI SE DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA. FAVOR DE ACLARAR.	SE DEBE ENTREGAR EL ANEXO 1.4 TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA CONVOCATORIA
600750	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.5	DICE: 2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES. ... EL LICITANTE DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EL ANEXO 1.4 "ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO". PREGUNTA: EN EL CASO DE MI REPRESENTADA OFERTAREMOS LAS PARTIDAS 3 Y 4, CUYA DESCRIPCIÓN ES CASI IDÉNTICA Y ÚNICAMENTE DIFIERE EN ALGUNAS CANTIDADES, MOTIVO POR EL QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR LA MISMA MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE PARA LAS DOS PARTIDAS LA MISMA MARCA Y MODELO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600751	CONDUIT LIFE SA DE CV 0711	TÉCNICO	NUMERAL 6 ANEXO TÉCNICO NUMERALES 6.21 Y 6.26	DICE: 6 DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES ... LAS PROPOSICIONES DEBERÁN ABARCAR EL 100% DEL VOLUMEN DE LOS BIENES REQUERIDOS, SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" QUE CONTIENE LOS ANEXOS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Y 19, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ANEXO TÉCNICO DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" 6.21.- FORMATO DE APERTURA E INSTALACIÓN DEL BIEN. 6.26.- CARTA DE DESVIACIÓN A LA CALIDAD PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS ANEXOS 1.7 Y 1.8 SON INFORMATIVOS Y APLICARÁN ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, POR LO QUE NO DEBERÁN FORMAR PARTE DE NUESTRA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO DEBERA PRESENTAR LAS CARTAS SOLICITADAS EN DICHOS NUMERALES.
600752	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2	DICE: 6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. ... 18. MODELO DE CONTRATO, (ANEXO 12) ... 21. MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 16). ... LA FALTA DE ENTREGA DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN ESTE APARTADO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS ANEXOS 12 Y 16 APLICAN ÚNICAMENTE PARA EL LICITANTE ADJUDICADO POR LO QUE NO DEBERÁN FORMAR PARTE DE LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS COMO PARTE DE NUESTRA PROPOSICIÓN Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTARLOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LOS SUBNUMERALES 18, 21 Y 23 DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA SON REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE CONTRATO, EL MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, SIN REQUISITAR NINGUN DATO.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600753	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERALES 5 Y 6.9	DICE: ANEXO TÉCNICO DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" 5.- VISITAS A LA UNIDAD HOSPITALARIA ... ASÍ COMO REALIZAR LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO PDF. 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA ... PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS GUÍAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DE MANERA ADECUADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS COMPARTAN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS FINALES DE LAS ÁREAS EN LAS QUE SE UBICARÁN LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS PARA LAS QUE SE REQUIERE DE GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. FAVOR DE ACLARAR.	SE ATIENDE CON LA PRECISIÓN.3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE JUNTA DE ACLRACIONES 0712
600754	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.10	DICE: ANEXO TÉCNICO DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" 6.10.- CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN ... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN NO SERÁ PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA NUESTRA PROPUESTA, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR DICHO CRONOGRAMA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERÁ ENTREGAR EL CRONOGRAMA EN SU PROPUESTA TECNICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600755	CONDUIT LIFE SA DE CV 0713	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.11	DICE: 6.11.- ADECUACIONES DE ÁREAS PRESUPUESTADAS DE MANERA INDEPENDIENTE AL COSTO DEL BIEN ... EL OFERENTE DEBERÁ INCLUIR UNA CARTA BAJO PROTESTA, DONDE SE INDIQUE QUE SE ENTIENDE QUE EL COSTO DE LAS ADECUACIONES DE ÁREA DEBERÁN COTIZARSE POR SEPARADO DEL COSTO DEL BIEN O BIENES OFERTADOS... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE UN DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, EN LA QUE NO SE DEBERÁN INCLUIR PRECIOS, PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO EN DICHA CARTA NO DEBERÁN ANOTARSE LOS PRECIOS DE LAS ADECUACIONES, SINO ÚNICAMENTE SE DEBERÁ INDICAR QUE EL COSTO DE LAS ADECUACIONES DE ÁREA DEBERÁN COTIZARSE POR SEPARADO DEL COSTO DEL BIEN O BIENES OFERTADOS. EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES LA DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE ADJUDICADO, EN CASO DE NO SER ASÍ POR FAVOR NOS PUDIERA ACLARAR EN QUÉ APARTADO DE LA PLATAFORMA COMPRANET SE DEBERÁ ENVIAR LA COTIZACIÓN MENCIONADA. FAVOR DE ACLARAR.	LA CONVOCANTE ACLARA QUE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ COTIZAR EL EQUIPO DESCRITO EN EL ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS", SIN CONSIDERAR ALGUNA COTIZACIÓN RELACIONADA CON LAS ADECUACIONES A LAS ÁREAS.
600756	CONDUIT LIFE SA DE CV	OTROS	PLATAFORMA COMPRANET	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE POR FAVOR HABILITE LOS PARÁMETROS NECESARIOS PARA ENVIAR LOS DOCUMENTOS DEL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600774	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.7.1.3.- 14 BITS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UN ESTUDIO O WHITE PAPER, DONDE SE EXPLICA QUE LOS MONITORES CON UNA MATRIZ DE IMAGEN DE 1600 X 1200 (2 MEGAPIXELES) CUMPLEN TÉCNICAMENTE CON UNA PROFUNDIDAD DE COLOR DE 16 BITS LO QUE EQUIVALE A 65,536 COLORES, YA QUE LOS MONITORES QUE CUMPLAN CON ESTE CRITERIO SON DE ALTA RESOLUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA NO COINCIDE CON EL NUMERAL REFERENCIADO 0714
600775	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.8.3.- MATRIZ DE 3072 X 3072 PIXELES O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE 2,840 X 2,874 PIXELS, CONSIDERAMOS QUE ESTA RESOLUCIÓN CUMPLE LOS PARÁMETROS PARA ENTREGAR UNA IMAGEN FIEL Y CON ALTO VALOR DIAGNÓSTICOS, ADEMÁS DE ESTO, ADEMÁS DE CUMPLIR LOS VALORES DE TAMAÑO DE PIXEL Y DQE LOS CUALES FAVORECEN A LA CALIDAD DIAGNOSTICA. ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA NO COINCIDE CON EL NUMERAL REFERENCIADO
600776	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLÓN O PARTIDA NO 29 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.8.5.- QUE SEA RESISTENTE AL AGUA IPX6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA CARTA DE FABRICA DONDE ESPECIFICA ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA NO COINCIDE CON EL NUMERAL REFERENCIADO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600777	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV 0715	TÉCNICO	RENGLON 3 CENTRAL DE MONITO P/ MÚLTIPLES CAMAS (5 MONITORES).531.6 32.0554 - 001	PUNTO 1.17.17 LA TECNOLOGÍA ACTUAL DE VENTILACIÓN PERMITE EL DESPLIEGUE DE CURVAS Y DATOS NUMEROS DE GASES EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR, CONCENTRANDO TODA LA INFORMACIÓN CLÍNICA NECESARIA DEL PACIENTE QUE LLEGUE A REQUIERIR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. POR ESTA RAZON, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR LA SOLICITUD DEL MÓDULO DE ESPIROMETRICA COMO OPCIONAL, YA QUE SERIA UN GASTO INECESARIO AL OBTENER LA INFORMACION DE LA ESPIROMETRÍA DEL VENTILADOR Y SOLO SE ESTARÍA ENCARECIENDO EL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600778	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	TÉCNICO	RENGLON 3 CENTRAL DE MONITO P/ MÚLTIPLES CAMAS (5 MONITORES).531.6 32.0554 - 001	PUNTO 3.5 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR LOS ACCESORIOS PARA ESPIROMETRIA COMO OPCIONALES., ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
600779	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 2. ACTA CONSTITUTIVA Y SUS DOS ULTIMAS MODIFICACIONES . NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO .	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN .
600780	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 3. PODER NOTARIAL. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO .	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN .

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600781	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 4. IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN. 0716
600782	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 5 CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
600783	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 9 ESCRITO ESTRATIFICACION. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
600784	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 10 ESCRITO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
600785	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 11 ESCRITO CONTAR CON PERMISOS, AUTORIZACIONES. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0717			PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO .	DOCUMENTACIÓN .
600786	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 12. ESCRITO ACEPTACION DE BASES. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO .	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN .
600787	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 13. ESCRITO DE AUTORIZACION DE VERIFICAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES ANEXO 10. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO .	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN .
600788	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 14. ESCRITO NO INHABILITADOS ANEXO 11. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO .	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN .
600789	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 15. OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO .	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN .

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600790	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 16. COMPROBANTE DE DOMICILIO . NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN. 0718
600791	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 18. MODELO DE CONTRATO. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
600792	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 19. ESCRITO DE CONFIDENCIALIDAD ANEXO 13. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
600793	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 20. MODELO PARTICIPACION CONJUNTA. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
600954	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 21. MODELO DE FIANZA. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600955	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA 0719	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 22. ESCRITO DE DECLARACION DE PROTOCOLO ANEXO 17. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN
600956	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 23. ESCRITO REQUISITOS TRAMITES DE PAGO. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN
600957	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 24. ESCRITO DE ACEPTACION DE UTILIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL-COMPRANET ANEXO 20. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN
600958	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 25. MANIFIESTO NO INHABILITACION ANEXO 21. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN
600959	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 26. ANEXO 22. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN 0720
600960	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 27. ANEXO 23. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN
600961	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA LA PROPOSICION	PUNTO 28. ANEXO 24. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN
600962	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 5. VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA.	DE ACUERDO A LA MINUTA DE LA VISITA AL HOSPITAL, SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN LOS PLANOS QUE NOS INDICARON PEDIR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 3 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600963	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 6. PROPUESTA TECNICA	6.1 PROPUESTA TECNICA. ANEXO 19 EN FORMATO PDF . NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO ? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.	SE HABILITARAN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS RESPECTIVOS
600964	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 6. PROPUESTA TECNICA	6.1 PROPUESTA TECNICA. ANEXO 19 EN FORMATO EXCEL . NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS	SE HABILITARAN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS RESPECTIVOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	
	0721				
600965	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 6. PROPUESTA TECNICA	6.1 PROPUESTA TECNICA.ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS EN FORMATO PDF . NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	SE HABILITARAN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS RESPECTIVOS
600966	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 6. PROPUESTA TECNICA	6.1 PROPUESTA TECNICA. ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS EN FORMATO EXCEL . NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO	SE HABILITARAN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS RESPECTIVOS
600967	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 6. PROPUESTA TECNICA	ANEXO 1.2 FICHA TECNICA.INSTRUCCION DE LLENADO 3.2 HIPERVINCULO .REFERENCIA A CATALOGO, MANUAL O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN. SOLICITAMOS NOS PERMITAN HIPERVINCULAR EL TOTAL DE LAS HOJAS DEL CATALOGO Y / MANUAL REFERENCIADO DE LA PARTIDA Y REPETIR ESTA LIGA EN CADA PUNTO DE LAS CARACTERISTAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
600968	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 6. PROPUESTA TECNICA	¿SE HABILITARA UN PARAMETRO PARA SUBIR LOS CATALOGOS ? FAVOR DE ACLARAR . YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.	SE HABILITARAN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS RESPECTIVOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0722

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600969	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 6. PROPUESTA TECNICA	PUNTO 6.2 NORMAS. 6.3 REGISTROS SANITARIOS. 6.4 CARTAS DE APOYO. 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y 6.6 GARANTIA DE BIENES. NO HAY PARAMETROS EN COMPRANET PARA SUBIR LOS ARCHIVOS ¿ SE HABILITARAN LOS PARAMETROS? O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR LOS REQUISITOS SOLICITADOS	SE HABILITARAN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS RESPECTIVOS
600970	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 6. PROPUESTA TECNICA . PUNTO 6.19 ENTREGA DEL BIEN.	6.19 EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR EN ARCHIVO PDF Y CON FIRMA DIGITALIZADA (HIPERVINCULADA AL ANEXO 19) ESCRITO FIMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL,EN EL QUE SE SEÑALE QUE CONOCE Y ACEPTA LAS CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION. EN DADO CASO DE QUE NO SE PUDIERA REALIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS POR CAUSAS AJENAS A MI REPRESENTADA, NOS PERMITIERAN ENTREGAR UN ESCRITO COMPROMETIENDONOS A REALIZAR LAS INSTALACIONES EN EL MOMENTO QUE EL HOSPITAL NOS INDIQUE, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODERNOS LIBERAR LA FACTURA Y PODER CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE. SE ACEPTA ?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE: SE INFORMA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER DENTRO DEL PERÍODO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 "CONDICIONES DE ENTREGA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" DE LA CONVOCATORIA, Y LA INSTALACIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 14 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA. SIN EMBARGO DICHO PLAZO PODRÁ AMPLIARSE POR CASUSAS IMPUTABLES A LA UNIDAD HOSPITALARIA.
600971	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	ECONÓMICO	6.3.2 PROPOSICION ECONOMICA	SOLICITAN PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 14 DIGITALIZADA FORMATO PDF. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO ? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN .
600972	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	ECONÓMICO	6.3.2 PROPOSICION ECONOMICA	SOLICITAN PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 14 EN FORMATO EXCEL EDITABLE. NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO ? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE HABILITARÁN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN .

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0723			DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.	
600973	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.2, INCISO 9 "ESTRATIFICACIÓN "	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INCISO, ES CORRECTO ENTENDER, QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE ESTRATIFIQUE COMO UNA EMPRESA DE TAMAÑO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, SE PODRÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y EL ANEXO 6 CON LA LEYENDA DE "NO APLICA", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
600974	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.2, INCISO 15 "OPINION SAT"	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INCISO, ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE PODRÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO ANTE EL SAT, EXPEDIDA DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
600975	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.2, INCISO 18 "MODELO DEL CONTRATO"	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INCISO, ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 12 "MODELO DE CONTRATO", EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 18, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE CONTRATO SIN REQUISITAR NINGUN DATO.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600976	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.2, INCISO 21 "MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO"	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INCISO, ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 16 "MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO", EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 0724	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 21, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SIN REQUISITAR NINGUN DATO.
600977	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.2, INCISO 23 "ANEXO 18"	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INCISO, ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 18 "REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES", EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SUBNUMERAL 23, DEL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, POR LO QUE LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTAR EL ESCRITO DE LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES , SIN REQUISITAR NINGUN DATO.
600978	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ECONÓMICO	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.3.2, "PROPOSICION ECONOMICA"	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INCISO, ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 14 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA", REQUISITANDO ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS QUE OFERTE EL LICITANTE, SIN LLENAR LAS CELDAS DE LAS PARTIDAS QUE NO SE COTICEN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LOS LICITANTES DEBERAN COTIZAR LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPA CONFORME AL NUMERAL 6.3.2 PROPOSICION ECONOMICA Y EL ANEXO 14.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600979	IMPULSO MEXICANO SA DE CV 0725	TÉCNICO	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO"	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN INCLUIR CONTRATOS CON ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y CUMPLAN CON EL NUMERAL 6.5 DEL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO"
600980	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO"	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN INCLUIR CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN EL SUMNISITRO DE EQUIPO MEDICO EN GENERAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA PARTIDA QUE SE COTICE, LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE LA PROVEEDURIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
600981	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO"	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR AL MENOS UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA EN FORMATO PDF DE SERVICIOS INTEGRALES, DONDE SE ACREDITE QUE EL LICITANTE A SUMINISTRADO EQUIPOS MÉDICOS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION
600982	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO"	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS SOLICITADOS EN EL PRESENTE NÚMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA Y/O CARTA DE CUMPLIMIENTO Y/O	NO SE ACEPTA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y/O REMISÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	0726
600983	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.14 DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO"	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL LISTADO SOLICITADO SE PODRÁN INCLUIR AL MENOS DOS INGENIEROS QUE LLEVARÁN A ACABO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA EMPRESA DECIDE CUANTOS INGENIEROS ASIGNA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACION DE LAS PARTIDAS QUE OFERTA, DEBIENDO CUMPLIR CON LO QUE SE SOLICITA EN LOS NUMERALES DE ESTE PUNTO DE LA CONVOCATORIA.
600984	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 "ANEXO TECNICO", PUNTO 2. CONDICIONES DE ENTREGA	DERIVADO QUE LOS BIENES OFERTADOS SON DE IMPORTACIÓN Y POR LOS TIEMPOS DE ADUANAS QUE NO DEPENDEN DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE ENTREGA DE 120 DÍAS NATURALES PARA TODAS LAS PARTIDAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBRÁ APEGARSE A LAS CONDICIONES DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA
600985	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" 5. VISITA A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	DERIVADO DE LAS VISITAS ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS PARTIDAS QUE REQUIERAN UNA GUÍA MÉCANICA, ¿SE PODRÁ PRESENTAR LA GUÍA MECANICA TIPO AL MOMENTO DE LA APERTURA DE PROPUESTAS Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PRESENTARÁ LA GUÍA MECÁNICA REAL DEL SITIO DONDE SE INSTALARÁ EL EQUIPO?	NO SE ACEPTA
600986	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" 6.3 REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR EN CASO DE TENER EL REGISTRO SANITARIO VENCIDO, PRESENTAR UNICAMENTE COPIA SIMPLE DE DICHO REGISTRO Y COPIA DE LA CARÁTULA DE TRÁMITE DE RENOCACIÓN DEL MISMO PARA ACREDITAR ESTE NUMERAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
600987	IMPULSO MEXICANO SA DE CV 0727	TÉCNICO	ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" 6.3.1.3.2 PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL UN SOLO CERTIFICADO DE CALIDAD COMO : ISO 9001, O ISO 13485 O FDA O CE O TUV O JIS O CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN; PARA ACREDITAR ESTE NUEMRAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTAR LO SOLICIADO EN LA CONVOCATORIA, DE ACUERDO A LA PARTIDA QUE OFERTA
600988	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" 6.4 CARTA DE APOYO	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESNTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O DISTRIBUIDOR SECUNDARIO PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ PRESENTAR LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS DE LOS INCISOS A, B O C, SEGÚN CORRESPONDA DEL PUNTO 6.4 DEL ANEXO TÉCNICO
600989	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPO MÉDICO SIMILAR O IGUAL AL OFERTADO PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL?	ES CORRECTO
600990	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" 6.9 GUIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA	DERIVADO DE LAS VISITAS ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS PARTIDAS QUE REQUIERAN UNA GUÍA MÉCANICA, ¿SE PODRÁ PRESENTAR LA GUÍA MECANICA TIPO AL MOMENTO DE LA APERTURA DE PROPUESTAS Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PRESENTARÁ LA GUÍA MECÁNICA REAL DEL SITIO DONDE SE INSTALARÁ EL EQUIPO?	NO ES CORRECTO
600991	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.1 "RELACIÓN DE LOS BIENES"	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS PARTIDAS OFERTADAS SE PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA SIMILAR O SUPERIOR A LA SOLICITADA Y ESTO NO SERÁ UN MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN?	LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA ES LO MÍNIMO REQUERIDO, PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO QUE SE SOLICITA EN LA FICHA TECNICA.
600992	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS", TODAS LAS PARTIDAS	DERIVADO QUE ALGUNOS MANUALES SUPERAN LAS 1,000 HOJAS, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS CON REFERENCIA TÉCNICA Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE	NO ES CORRECTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PRESENTARÁ LA DOCUMENATCIÓN COMPLETA?	0728
600993	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 14 MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS.	1.5.2.- CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO IGUAL O MAYOR A 160,000HU SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CAPACIDAD DE DISIPACIÓN TÉRMICA (ÁNODO) 300 KHU, LO CUAL SUPERA A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
600994	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 14 MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS.	1.5.6.- DISIPACIÓN CONTINUA MÁXIMA DEL ÁNODO DE A 60,000 HU/MIN. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO MÁXIMA DISIPACIÓN CALÓRICA ANÓDICA 750 W - 60000 HU/MIN, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
600995	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 14 MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS.	1.7 BRAZO ISOCENTRICO CON ROTACIÓN MOTORIZADA Y MOVIMIENTO VERTICAL ¿ES CORRECTO ENTEDER QUE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN SISTEMA QUE PUEDA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MASTOGRAFÍA EN PACIENTE CON SILLA DE RUEDAS, SE DEBERÁ OFERTAR UN EL BRAZO CON INCLINACIÓN MOTORIZADA DE -10º, +15º Y HASTA 90 GRADOS?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
600996	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 14 MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS.	1.7.2.- MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -190° O MAYOR A +180° O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GIRO COMPLETO DE 360° O ±180°, LO CUAL EN EL GIRO INCLUYE -190°. CONSIDERANDO QUE ESTO CUMPLE CON LOS MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN REQUERIDOS SIN LIMITAR SU FUNCIONALIDAD. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
600997	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 14 MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS.	1.7.5. INDICADOR DE ESPESOR DE MAMA COMPRIMIDA, DE FUERZA DE COMPRESIÓN Y ANGULACIÓN DEL BRAZO ENTENDEMOS QUE EL INDICADOR SE DEBERÁ MOSTRAR EN AMBOS LADOS DEL COMPRESOR EN PANTALLA DIGITAL PARA	ES CORRECTO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0729			MOSTRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA ¿ES CORRECTO?	
600998	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 14 MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS.	1.19.2.- TIEMPO DE BARRIDO DE 25 SEGUNDOS O MENOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN EQUIPO RÁPIDO Y EFICIENTE, EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR EL RECORRIDO O ESCANEO EN TOMOSÍNTESIS EN 10 SEGUNDOS O MENOR PARA ESTA TÉCNICA ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
600999	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 14 MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS.	1.19.3 ÁNGULO DE BARRIDO MAYOR O IGUAL A 15 º ENTENDEMOS QUE EL BARRIDO DEBERÁ SER EN EL RANGO DE -15º A +15º O 30º EN TOTAL ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601000	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 53	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.5.- TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL GRUESO DENTRO DEL RANGO DE 10 MS A 4 S O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL EN MAMOGRAFÍA QUE VA DESDE 13 MS HASTA 5 S, CONSIDERANDO QUE ESTE RANGO PROPORCIONA UN DESEMPEÑO ÓPTIMO EN LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS OFERENTES
601001	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 53	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.6.- TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL FINO DENTRO DEL RANGO DE 10 MS O MAYOR A 5 S O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR UN RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL EN MAMOGRAFÍA, ESPECIFICANDO UN TIEMPO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN DE 13 MS Y UN TIEMPO MÁXIMO DE 5 S.	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS OFERENTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONSIDERAMOS QUE ESTE RANGO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE IMAGEN Y PRECISIÓN DIAGNÓSTICA. ¿SE ACEPTA ESTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA?	0730
601002	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 53	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.9 BRAZO ISOCENTRICO CON ROTACIÓN MOTORIZADA Y MOVIMIENTO VERTICAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN SISTEMA QUE PUEDA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MASTOGRAFÍA EN PACIENTE CON SILLA DE RUEDAS, EL BRAZO DEBERÁ CONTAR CON INCLINACIÓN MOTORIZADA DE -10º, +15º Y HASTA 90 GRADOS ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS OFERENTES
601003	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 53	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.9.2.- MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -190° O MAYOR A +180° O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GIRO COMPLETO DE 360° O ±180°, LO CUAL EN EL GIRO INCLUYE -190°. CONSIDERANDO QUE ESTO CUMPLE CON LOS MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN REQUERIDOS SIN LIMITAR SU FUNCIONALIDAD. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601004	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 53	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.9.5. INDICADOR DE ESPESOR DE MAMA COMPRIMIDA, DE FUERZA DE COMPRESIÓN Y ANGULACIÓN DEL BRAZO ENTENDEMOS QUE EL INDICADOR SE DEBERÁ MOSTRAR EN AMBOS LADOS DEL COMPRESOR EN PANTALLA DIGITAL PARA	ES CORRECTO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	0731			MOSTRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA ¿ES CORRECTO?	
601005	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 53	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.21.1 MONTADO EN EL MASTÓGRAFO , ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ SER CAPAZ DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTEREOTAXIA EN EL EQUIPO CON EL SILLÓN DE PACIENTE Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A RECIBIR LA MESA PARA REALIZAR LA ESTEREOTAXIA EN PRONA CON EL MISMO EQUIPO ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTIICPANTES
601006	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 53	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.22.2.- TIEMPO DE BARRIDO DE 25 SEGUNDOS O MENOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN EQUIPO RÁPIDO Y EFICIENTE, EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR EL RECORRIDO O ESCANEO EN TOMOSÍNTESIS EN 10 SEGUNDOS O MENOR PARA ESTA TÉCNICA ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601007	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 53	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 1.22.3 ÁNGULO DE BARRIDO MAYOR O IGUAL A 15 ° ENTENDEMOS QUE EL BARRIDO DEBERÁ SER EN EL RANGO DE -15° A +15° O 30° EN TOTAL ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601008	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 53	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS 2.2.- ROBOT QUEMADOR DE CD/DVD PARA ESTUDIOS DE ESTEROTAXIA, COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA EXIGENCIA DE UN ROBOT QUEMADOR DE CD/DVD PARA ESTUDIOS DE ESTEROTAXIA, YA QUE NUESTRO EQUIPO OFERTADO INCLUYE UN GRABADOR DE CD/DVD INTEGRADO QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES NECESARIAS DE ALMACENAMIENTO Y DUPLICACIÓN DE DATOS. ESTA SOLUCIÓN INTEGRADA NO SOLO REDUCE LOS COSTOS ADICIONALES, SINO QUE TAMBIÉN SIMPLIFICA EL FLUJO DE TRABAJO AL EVITAR LA NECESIDAD DE UN EQUIPO EXTERNO. ¿PODRÍA ACEPTARSE ESTA CONSIDERACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA 0732
601009	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 29	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.3 ARCO EN C CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN ARCO EN C MÓVIL FÁCIL DE DESPLAZAR, ENTENDEMOS QUE EL PESO DE LA UNIDAD DEL ARCO EN C NO DEBERÁ EXCEDER DE 290 KG ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601010	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 29	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.3 ARCO EN C CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN ARCO EN C MÓVIL FÁCIL DE DESPLAZAR, ENTENDEMOS QUE EL PESO DE LA UNIDAD DEL ARCO EN C NO DEBERÁ EXCEDER DE 290 KG ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601011	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 29	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.3.4. RECORRIDO VERTICAL FAVOR DE INDICAR SI EL MOVIMIENTO VERTICAL DEBERÁ SER DE AL MENOS 45 CM MOTORIZADO ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601012	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO 0733	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 29	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ANGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO FAVOR DE INDICA SI EL MOVIMIENTO PANORÁMICO LATERAL DEBERÁ SER DE AL MENOS +/-12 GRADOS ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601013	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 29	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.1.2.- KV DE 40 O MENOR A 125 O MAYOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE VOLTAJE DE 40 KV A 120 KV EN LUGAR DE 40 KV A 125 KV PARA EL ARCO EN C. CONSIDERAMOS QUE ESTE RANGO DE 40 KV A 120 KV ES SUFICIENTE PARA CUBRIR TODAS LAS APLICACIONES CLÍNICAS REQUERIDAS, PROPORCIONANDO UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN DE TEJIDOS SIN COMPROMETER EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601014	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 29	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 1.4.1.- ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 14 BITS O MAYOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LA ESPECIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN COMO UNA CONVERSIÓN A/D DEL DETECTOR DIGITAL DE 16 BITS. ESTA ESPECIFICACIÓN NO SOLO CUMPLE CON EL REQUISITO DE 14 BITS, SINO QUE LO SUPERA, PROPORCIONANDO UNA MAYOR PRECISIÓN Y CALIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES. ¿SE ACEPTA ESTA EQUIVALENCIA SEGÚN LA NOMENCLATURA DE NUESTRA CASA COMERCIAL?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601015	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 29	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C". 2.2.- CUBIERTA ESTERILIZABLES PARA INTENSIFICADOR, TUBO Y ARCO (50 UNIDADES) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUBIERTAS ESTÉRILES PARA INTENSIFICADOR, TUBO Y ARCO (50 UNIDADES), YA QUE ESTAS CUBIERTAS PREVIENEN EFICAZMENTE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y ASEGURAN UN ENTORNO COMPLETAMENTE ESTÉRIL DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. ADEMÁS, SU USO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CONTROL DE INFECCIONES, PROPORCIONANDO SEGURIDAD TANTO PARA LOS PACIENTES COMO PARA EL PERSONAL MÉDICO. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA 0734
601016	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.1. MONITOR LED DE ALTA RESOLUCIÓN Y ALTO CONTRASTE DE 21 PULGADAS O MAYOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO MONITOR CON TECNOLOGÍA LED, FULL HIGH DEFINITION (ALTA RESOLUCIÓN) CON DIMENSIONES DE 21 PULGADAS, CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
601017	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.2 CON LA FINALIDAD DE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON UN SISTEMA DE ALTA CALIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON AL MENOS 17 MILLONES DE CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
601018	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 2.1.1 CON LA FINALIDAD DE LOGRAR TENER BUENA RESOLUCIÓN EN LAS APLICACIONES SUPERFICIALES, EL TRANSDUCTOR LINEAL DEBERÁ CONTAR CON UNA FRECUENCIA DE 4.0 MHZ A 15 MHZ O MAYOR, PARA APLICACIONES QUE INCLUYEN MAMA, MUSCULO ESQUELETO Y VASCULARES ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601019	IMPULSO MEXICANO SA DE CV 0735	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 2.1.3 PARA OPTIMIZAR LA VISUALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ENDOCAVITARIOS, EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO O ENDOVAGINAL DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 4.0 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES DE GINECOLOGÍA DEBERÁN CONTAR CON UN CAMPO DE VISIÓN DE 270 GRADOS O MAYOR ¿ES CORRECTO?	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 1 SISTEMA ECOGRAFICO DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
601020	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 2.3 IMPRESORA B/W Y A COLOR. EN ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR SOLO UNA IMPRESORA COLOR Y BLANCO/NEGRO ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
601021	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.21.1. CON DESPLIEGUE DE AGUJA EN PANTALLA (BODYMAP) O RUTA DE AGUJA ¿ES CORRECTO ENTENDER ESTE PUNTO COMO LA OBSERVACIÓN EN EL MONITOR DE LA GUÍA DE AGUJA CON GUIAS CORPORALES O MARCAS?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
601022	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 1.2.- SE PERMITE OFERTAR MONITOR EN BRAZO ARTICULADO CON MOVIMIENTO Y POSICIÓN DE ASEGURAMIENTO PARA TRASLADO, COMO EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
601023	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 1.3 POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN SOLICITAMOS SE PERMITA INDICAR ESTE PUNTO COMO CAPACIDAD DE MOSTRAR IMAGEN EN PANTALLA COMPLETA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
601024	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 1.7 CON LA FINALIDAD DE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON UN SISTEMA DE ALTA CALIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON AL MENOS 17 MILLONES DE CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601025	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 1.9 POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO 1700 O MAS IMÁGENES POR SEGUNDOS O HZ, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA ADECUADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601026	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 1.21 POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR "CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO A STIC FETAL O XSTIC DE ACUERDO CON LA LITERATURA DE NUESTRO FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA 0736
601027	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 1.28 LA PANTALLA TÁCTIL MUESTRA LOS PARÁMETROS DE CONTROL DEL ULTRASONIDO Y PUEDE SER BIEN VISTO EN UNA PANTALLA DE 10 PULGADAS O MAYOR. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL DE 10 PULGADAS O MAYOR COMO ALTERNATIVA A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601028	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 2.1 CON LA FINALIDAD DE LOGRAR TENER BUENA RESOLUCIÓN EN LAS APLICACIONES SUPERFICIALES, EL TRANSDUCTOR LINEAL DEBERÁ CONTAR CON UNA FRECUENCIA DE 4.0 MHZ A 15 MHZ O MAYOR, PARA APLICACIONES QUE INCLUYEN MAMA, MUSCULO ESQUELETO Y VASCULARES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601029	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 2.2. PARA OPTIMIZAR LA VISUALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ENDOCAVITARIOS, EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO O ENDOVAGINAL DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 4.0 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES DE GINECOLOGÍA DEBERÁN CONTAR CON UN CAMPO DE VISIÓN DE 270 GRADOS O MAYOR ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601030	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.3. CON LA FINALIDAD DE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON UN SISTEMA DE ALTA CALIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON AL MENOS 4 MILLONES DE CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL ADICIONAL A LA CAPACIDAD DE RECIBIR TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS Y MULTIFRECUENCIA DE AL MENOS 15 MHZ O MAYOR ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601031	IMPULSO MEXICANO SA DE CV 0737	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.5 PARA FACILITAR LA REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN CONTAR CON UN MONITOR DE 21 PULGADAS O MAYOR FULL HD ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON AL MENOS 256 NIVELES DE GRISES
601032	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 Y 1.8.4 POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR COMO APLICACIÓN VASCULAR, YA QUE LOS PROCEDIMIENTOS, ZONAS ANATÓMICAS O EVALUACIÓN DE LOS VASOS EN APLICACIÓN VASCULAR ES UN TEMA DE USUARIO Y NO SE CONTIENE EN LOS MANUALES O CATÁLOGOS DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
601033	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.9 SE SOLICITA CONECTIVIDAD ELECTRÓNICA, CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LO SOLICITADO Y SOLO DEBEREMOS DEMOSTRAR LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE VASOS EN LA APLICACIÓN VASCULAR ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
601034	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.13 CON LA FINALIDAD DE ALMACENAR ESTUDIOS DE VARIOS PACIENTES SOLICITAMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON DISCO DURO O UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE 500 GB O MAYOR ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES.
601035	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 "FICHAS TÉCNICAS" PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 2.1 CON LA FINALIDAD DE LOGRAR TENER BUENA RESOLUCIÓN EN LAS APLICACIONES SUPERFICIALES, EL TRANSDUCTOR LINEAL DEBERÁ CONTAR CON UNA FRECUENCIA DE 4.0 MHZ A 15 MHZ O MAYOR, PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELÉTICO ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS OFERENTES
601036	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, COMO VINCULAR EL ANEXO 19 "FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA" CON CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBIDO A QUE NO PERMITE LA MODIFICACIÓN DEL ARCHIVO PARA AGREGAR LAS FILAS CORRESPONDIENTES A LA	SE ATIENDE LA PREGUNTA CON LA PRECISIÓN 4 DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DESCRIPCIÓN TÉCNICA OFERTADA. FAVOR DE ACLARAR.	0738
601037	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS CAMPOS DENTRO DEL FORMATO QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA DEBERÁN LLENARSE CON LA LEYENDA "NO APLICA". ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NO APLIQUE
601038	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBERÁ PRESENTARSE UN ANEXO 19 "FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA" POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBE ENTREGAR UN SOLO ANEXO 19 PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS Y EL ANEXO 1.2 POR CADA FICHA TECNICA EN LA QUE PARTICIPE
601039	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR CON IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS TODAS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS QUE POR SU NATURALEZA NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN CATÁLOGOS Y/O MANUALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SOLO PARA UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA Y SE COMPRUEBE DE MANERA CLARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO SOLICITADO
601040	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITE REFERENCIAR CON CARTA DE CUMPLIMIENTO TODAS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS QUE POR SU NATURALEZA NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN CATÁLOGOS Y/O MANUALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
601041	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITE REFERENCIAR LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA CASA COMERCIAL TODA VEZ QUE SE CUMPLA CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA EQUIVALENTE A LO QUE SE SOLICITA
601042	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI EL NUMERAL IV. RESPONSABILIDADES DE LA EMP RESA, ESTÁ DIRIGIDO PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DE CADA PARTIDA, POR LO QUE EN	CADA ANEXO 1.2 CONTIENE SU INSTRUCTIVO DE LLENADO, EL CUAL INDICA COMO LLENAR ESTE NUMERAL

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		0739		EL FORMATO DEBERÁ LLENARSE CON LA LEYENDA "SE INCLUYE EN LA OFERTA" . FAVOR DE ACLARAR	
601043	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI EL OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS TODA VEZ QUE TENGAN UN FUNDAMENTO CLINICO, NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION . FAVOR DE ACLARAR	PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ANEXO 1.2 DE LA FICHA TECNICA.
601044	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 28	NUMERAL 1.3.3. SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR DETECTOR PLANO DE YODURO DE CESIO CSI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
601045	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 29	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI EL OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS TODA VEZ QUE TENGAN UN FUNDAMENTO CLINICO, NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION . FAVOR DE ACLARAR	PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ANEXO 1.2 DE LA FICHA TECNICA.
601046	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 55	NUMERAL 1.4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA DE PACIENTE BASCULANTE +90 A -30 CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
601047	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 55	NUMERAL 1.4.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 135 KG CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
601048	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 55	NUMERAL 1.7.1.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMAÑO DE 19 PULGADAS CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601049	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 55	NUMERAL 1.8.3. SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MATRIZ DE 2592 X 2656 12 BIT CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 0740
601050	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD: ¿SE DEBE INTERFAZAR CON ALGUNA LIS O HIS?	ES CORRECTA SU APRECIACION
601051	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD: ¿CUÁNTOS HISTOTECNÓLOGOS Y PATÓLOGOS HAY EN EL LAB?	AUN NO SE CUENTA CON LA PLANTILLA DEFINIDA
601052	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD: ¿SE REQUIERE ÁREA DE CITOLOGÍA?	SI SE REQUIERE
601053	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD: ¿SOBRE QUE SERVIDORES SE TIENE PENSADO MONTARLOS, ON PREMISE, CLOUD, YA EXISTENTES, NUEVOS?	DEBERÁ ATENDER LO DESCRITO EN EL PUNTO 1.4 DE LA FICHA TÉCNICA
601054	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.2 SEGUIMIENTO DE LA MUESTRA DURANTE EL PROCESO Y A LO LARGO DE LA VIDA DE LAS MUESTRAS ¿NOS PODRÍAN COMPARTIR UN FLUJO DE LA MUESTRA QUE SE ESTARÍAN IMAGINANDO?	RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA MUESTRA
601055	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.2 SEGUIMIENTO DE LA MUESTRA DURANTE EL PROCESO Y A LO LARGO DE LA VIDA DE LAS MUESTRAS ¿EXISTIRÍAN MUESTRAS REFERENCIADAS DE TERCEROS?	ES CORRECTO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601056	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.3 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CASOS Y LOS PROCESOS DEL LIS ¿SE REQUIERE DIFERENTES NIVELES DE USUARIOS?	ES CORRECTA SU APRECIACION
601057	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.3 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CASOS Y LOS PROCESOS DEL LIS ¿LA INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE YA ESTA CONTEMPLADA POR EL CLIENTE O HABRÍA QUE INCLUIR TODO?	EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODO EL HADWARE NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA
601058	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.4 GENERACIÓN DE ÓRDENES DE NUEVOS CASOS ¿DESDE DÓNDE SE QUIEREN CREAR ESTOS CASOS, DESDE LA LIS-HIS O DESDE EL DATA ENTRY DEL SISTEMA?	DESDE EL LIS-HIS CUANDO SON MUESTRAS PROPIAS , DESDE EL DATA ENTRY SYSTEM DEL LIS , CUANDO SEAN MUESTRAS EXTERNAS
601059	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.4 GENERACIÓN DE ÓRDENES DE NUEVOS CASOS ¿QUÉ CAMPOS REQUIEREN CUBRIR PARA ESTA GENERACIÓN DE NUEVOS CASOS?	NOMBRE COMPLETO, EXPEDIENTE, EDAD, SEXO, HOSPITAL DE REFERENCIA, TIPO DE MUESTRA, DIAGNÓSTICO Y MEDICO TRATANTE
601060	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.4 GENERACIÓN DE ÓRDENES DE NUEVOS CASOS ¿QUÉ CAMPOS REQUIEREN CUBRIR PARA ESTA GENERACIÓN DE NUEVOS CASOS?	NOMBRE COMPLETO, EXPEDIENTE, EDAD, SEXO, HOSPITAL DE REFERENCIA, TIPO DE MUESTRA, DIAGNÓSTICO Y MEDICO TRATANTE
601061	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.5 CAPTURA DE DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES ¿CUÁLES SON LOS DATOS DEMOGRÁFICOS ESPERADOS?	EDAD Y SEXO

0741

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601062	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.5 CAPTURA DE DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES ¿SE ESTARÍAN BUSCANDO HACER UNA INTERFACE CON LA LIS-HIS?	ES CORRECTA SU APRECIACION 0742
601063	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.6 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS CON IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE CONTENER LAS ETIQUETAS?	NOMBRE COMPLETO, EXPEDIENTE, EDAD, SEXO, HOSPITAL DE REFERENCIA Y ESPECIMEN, ENCRIPTADA (QR, CODIGO DE BARRAS)
601064	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.7. REPORTES DE FLUJO DE TRABAJO E INVENTARIOS ¿QUIEREN UNA INTEGRACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO CON LO QUE SE HA UTILIZADO DE INVENTARIOS? O PODRÍA SER POR SEPARADO?	SE REQUIERE UNA INTEGRACIÓN
601065	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.8. MANEJO DE INVENTARIOS ¿SE REQUIERE QUE ESTE INTEGRADO EN LA LIS O SOLUCIÓN DE TRAZABILIDAD O PUEDE ESTAR POR SEPARADO?	SE REQUIERE INTEGRADO EN LA LIS
601066	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.9. ESTACIÓN DE TRABAJO TIENEN AREA DE HISTOLOGIA Y CITOLOGIA?	SE CONTARÁ CON AMBAS ÁREAS
601067	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.9.1 PROCESADOR INTEL XENON, 6 CORES, VELOCIDAD 3 GHZ, MEMORIA 32GB, DISCO DURO DEL AMENOS 120GB, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD ES EL TIPO DE SERVIDORES QUE TIENEN ACTUALMENTE?	EL LICITANTE DEBERA OFERTAR LOS 2 SERVIDORES SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
601068	MEDIXSA SA DE CV 0743	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.9.2 PUNTOS DE ACCESO DE TRAZABILIDAD EN ALMENOS 10 PUNTOS DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA NECESITAN VER EL ESTADO DE LA MUESTRA DESDE LA WS?	ES CORRECTO
601069	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 1.3.10 COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR BIDIRECCIONAL QUE TIPO DE COMUNICACION UTILIZAN XML, HL7,ETC?	EL ESTANDAR DE COMUNICACIÓN SERÁ A TRAVES DE HL7 PARA GARANTIZAR LA INTEROPERABILIDAD ENTRE EL HIS (SAMIH)
601070	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES 2.7.- UNA ESTACIÓN DE TRABAJO COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD, REGULADOR DE RESPALDO Y ETIQUETADORA DE LA MUESTRA. SE PUEDE INSTALAR EL SISTEMA EN OTRO EQUIPO?	NO SE ACEPTA

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL **ARTÍCULO 45 Y 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO**, SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA; ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL ÁREA CONTRATANTE Y LAS DE CARÁCTER TÉCNICO POR EL ÁREA TÉCNICA, ASISTIDA POR EL ÁREA REQUIRENTE: ----

---

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE ACTO SE EMITIERON DOS AVISOS EN LOS CUALES CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2024 A LAS 21:30 HORAS SE INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE LA CONVOCANTE SEGUÍA EN REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, ASÍ MISMO EL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 21:00 HORAS SE NOTIFICÓ QUE LA CONVOCANTE CONTINUABA DANDO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL A EFECTO DE NO VULNERAR NI LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES **SE MODIFICÓ LA FECHA PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS PARA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HORAS,** DICHOS AVISOS FUERON NOTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET.----------

---

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA.----------

---

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX. ----------

---

ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN HORA POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONVOCANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EN EL PISO 8 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NUMERO 423, COL. NONOALCO TLATELOLCO,

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR A 5 DÍAS HABILES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2024 FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA SECRETARÍA, QUIENES RECIBIRÁN COPIA DE LA PRESENTE ACTA POR CORREO ELECTRÓNICO.----------

0744

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
	LIC NANCY MOLINA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
	C. ISABEL MALDONADO MUNGUÍA REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	**C.P. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ** JEFE DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	**C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA** REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	**ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES** SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	
	ING REBECA RODRIGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**

0745

DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	**LIC. ARIANA GALICIA MARTÍNEZ** REPRESENTANTE	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMSS-BIENESTAR	**DRA. ZAIRA JAZMÍN PADILLA LLAMAS** REPRESENTANTE	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA** DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."**.

----------FIN DEL ACTA----------

AVISO A LA **JUNTA DE ACLARACIONES** DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, RELATIVA A LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

0950

SIENDO LAS **21:30** HORAS DEL DÍA **24** DE **JUNIO** DEL **2024**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES); SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE AVISO, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL AVISO AL **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES** (SEÑALADA PARA EL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 A LAS 12:00 HORAS) DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 33 BIS** DE LA **LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP)**, Y EL **NUMERAL 3.2** DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA. ----------

---

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES (A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS **33 BIS** DE LA **LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**, QUE EN RAZÓN DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIONES RECIBIDAS POR LOS LICITANTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET, LAS CUALES ASCIENDEN A UN TOTAL DE **941 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN**, EN ESE SENTIDO SE INFORMA QUE SE SIGUE EN REVISIÓN DE DICHAS SOLICITUDES DE ACLARACION CONSECUENTEMENTE SE CARGARÁ EL ACTA RESPECTIVA ASI MISMO LAS RESPUESTAS DADAS A TODAS Y CADA UNA DE LAS ACLARACIONES RECIBIDAS EL DÍA **25** DE **JUNIO** DEL PRESENTE AÑO, A EFECTO DE QUE LAS RESPUESTAS SE HAGAN DEL CONOCIMIENTO. ----------

---

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, SE DIFUNDIRÁ EL PRESENTE AVISO EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX.: EN EL APARTADO DE ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN. ----------

---

SE CIERRA EL PRESENTE AVISO SIENDO LAS 21:35 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA SECRETARÍA,.--

---

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ** SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
DIRECCIÓN DE GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	**C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA** REPRESENTANTE	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL AVISO DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, RELATIVA A **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"**----------

---

----------**FIN DEL AVISO**----------

-

ELABORÓ: COC

CATALINA OLVERA CAZAÑAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

AVISO A LA **JUNTA DE ACLARACIONES** DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, RELATIVA A LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

0948

SIENDO LAS **21:00** HORAS DEL DÍA **25** DE **JUNIO** DEL **2024**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES); ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL AVISO AL **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES** (SEÑALADA PARA EL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 A LAS 12:00 HORAS) DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 33 BIS** DE LA **LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP)**, Y EL **NUMERAL 3.2** DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA. ----------

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES (A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS **33 BIS** DE LA **LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**, QUE EN RAZÓN DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIONES RECIBIDAS POR LOS LICITANTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET, LAS CUALES ASCIENDEN A UN TOTAL DE **941 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN**, SE DA AVISO QUE SE CONTINUA DANDO RESPUESTA A CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, CONSECUENTEMENTE SE CARGARÁ EL ACTA RESPECTIVA, UNA VEZ QUE SE HAYA DADO RESPUESTA A TODAS Y CADA UNA DE LAS ACLARACIONES RECIBIDAS. ----------

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y A EFECTO DE NO VULNERAR NI LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES SE HACE DEL CONOCIMIENTO, QUE SE RECORRERÁ LA FECHA PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS DE ACUERDO CON EL **NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA** Y EL **ANEXO 1.4 DEL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO"** PARA EL DÍA **27 DE JUNIO DE 2024** EN UN HORARIO DE **10:00 A 12:00 HORAS**, QUIENES DEBERÁN CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. ----------

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, SE DIFUNDIRÁ EL PRESENTE AVISO EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX.; EN EL APARTADO DE ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN. ----------

SE CIERRA EL PRESENTE AVISO SIENDO LAS **21:20** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA SECRETARÍA,.--

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ** SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
DIRECCIÓN DE GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	**C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA** REPRESENTANTE	

ELABORÓ: COC

AVISO A LA **JUNTA DE ACLARACIONES** DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, RELATIVA A LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

0949

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	**C.P. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ** JEFE DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍAS E INSUMOS	**ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES** SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍAS E INSUMOS	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO	**DRA. ZAIRA JAZMÍN PADILLA LLAMAS** REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	**LIC. ARIANA GALICIA MARTÍNEZ** REPRESENTANTE	
SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	**C. ISABEL MALDONADO MUNGUÍA** REPRESENTANTE	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL AVISO DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-68-017-909007975-T-5-2024**, RELATIVA A **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"**----------

---

----------**FIN DEL AVISO**----------

-

ELABORÓ: COC
CATALINA OLVERA CAZAÑAS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024,** PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

0958

SIENDO LAS **18:00** HORAS DEL DÍA **27** DE **JUNIO DE 2024**, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN INSURGENTES NORTE 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES); SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO (EN ADELANTE EL REGLAMENTO).----------

---

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL **LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ,** DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, ASISTIDO POR EL **C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCIA**, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS. ----------

---

I. LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET FUERON RECIBIDAS REPREGUNTAS RESPECTO DE LAS RESPUESTAS REALIZADAS EN LA **PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA LLEVADA A CABO EL PASADO **24** DE **JUNIO** DE **2024**, EN ESE SENTIDO SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON UN TOTAL DE (47) CUARENTA Y SIETE REPREGUNTAS POR PARTE DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: ----------

---

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE REPREGUNTAS
1	GERD YERIK S.A. DE C.V.	CompraNet	47
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	CompraNet	
3	NUDOMI, S.A. DE C.V.	CompraNet	
4	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	
5	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	CompraNet	
6	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	
7	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	
8	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	CompraNet	
8	BIODIST, S.A. DE C.V.	CompraNet	
9	EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, SA DE CV	CompraNet	

II. SE AGREGA PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, LA CAPTURA DE PANTALLA DE LAS REPREGUNTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE **24 DE JUNIO DE 2024**, TOMADAS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET DE LAS PERSONAS MORALES QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADAS EN EL CUADRO QUE ANTECEDE. ----------

---

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024,** PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

2024 Felipe Carrillo PUERTO

0959

https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/compranet/#/procedimientos/detalle-by/18131b93-0f14-4e28-bd3e-7cdf9155066c

CompraNet — 13:30 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México — ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO, Operador de unidad compradora

COMPRANET
- Expediente
- Procedimiento
- Datos Relevantes de Contratos
- Consolidaciones
- Registro Empresarial de CompraNet
- Proveedores impedidos y sancionados
- Avisos y notificaciones
- Panel
- Ayuda

ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO, Operador de unidad compradora

Listado de Repreguntas

BUSCAR

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Repregunta	Fecha de envio	Respuesta	Acciones
1	GERD YERIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 599602.	REFERENTE A ESTE RESPUESTA, ACEPTARÍA LA CONVOCANTE REDUCIR LA CANTIDAD A 2 AGUJAS REUTILIZABLES, 1 DE 25MM Y 1 DE 35MM, ESTO DEBIDO AL QUE EL COSTO DE ESTAS ES ELEVADO PODRIA PROVOCAR QUE LOS COSTOS SALIERAN DE PRESUPUESTO.	26/06/2024 23:16		Responder
2	GERD YERIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 599588	REFERENTE A ESTE RESPUESTA, ACEPTARÍA LA CONVOCANTE, OFRECER UN EQUIPO QUE CUENTA CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA USB Y MEMORIA SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS POR UN PERIODO SUPERIOR AL OFERTADO DE 120 HORAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	26/06/2024 23:16		Responder
3	GERD YERIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 599589	REFERENTE A ESTE RESPUESTA, ACEPTARÍA LA CONVOCANTE, OFRECER UN EQUIPO QUE CUENTA CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA USB Y MEMORIA SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS POR UN PERIODO SUPERIOR AL OFERTADO DE 120 HORAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	26/06/2024 23:16		Responder
4	GERD YERIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 599590	REFERENTE A ESTE RESPUESTA, ACEPTARÍA LA CONVOCANTE, OFRECER UN EQUIPO QUE CUENTA CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA USB Y MEMORIA SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE CAPTURAR, REVISAR Y VISUALIZAR DATOS COMPLETOS POR UN PERIODO SUPERIOR AL OFERTADO DE 120 HORAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	26/06/2024 23:16		Responder
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600563 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA ORIENTACIÓN DE LA MUESTRA DE 12 °, SIENDO ESTO UNA CARACTERISTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	26/06/2024 23:44		Responder
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600564 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.4, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN DESBASTE DE 10 A 600 MICRAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERISTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	26/06/2024 23:44		Responder
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600565 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONTROL DE TEMPERATURA DE LA CRIO CÁMARA DE 10 ° C A -50 ° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERISTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	26/06/2024 23:44		Responder
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600566 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.9. Y 2.4, ESTA CARACTERISTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE ESTA SEA OPCIONAL, ESTO CON EL FIN DE QUE NO SE VE LIMITADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	26/06/2024 23:44		Responder
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600567 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.8. NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR UV, POR LO CUAL NO REQUIERE DE UN SISTEMA DE FILTRADO HEPA, POR LO CUAL SOLICITAMOS PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	26/06/2024 23:44		Responder
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600578 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PLACA CALEFACTORA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE HASTA 85° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERISTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	26/06/2024 23:44		Responder

47 registro(s) encontrado(s) — 1 2 3 4 5 › »

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024,** PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

Proveedores impedidos y sancionados
Avisos y notificaciones
Panel
Ayuda
ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO
Operador de unidad compradora

11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600579 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA, PREGUNTA: PUNTO 1.3. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PLACA FRÍA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE HASTA -20° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERISTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	26/06/2024 23:44	Responder
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600580 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA, PREGUNTA: PUNTO 1.5. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN TANQUE CON CAPACIDAD DE HASTA 60 CASETES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	26/06/2024 23:44	Responder
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600593 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE RECONSIDERE LA RESPUESTA YA QUE SE INDICA QUE NO PUEDE HACERSE REFERENCIA COMO SE DESCRIBE, CONSIDERAMOS QUE EL PROTOCOLO DE ESFUERZO FISIOLOGICO HACE REFERENCIA CLÍNICA A EL INCREMENTO DE LOS LATIDOS POR ETAPAS DE ESTRÉS LAS CUALES SE PUEDEN REALIZAR A TRAVES DE FARMACOS, O EN CASO QUE EL PACIENTE PUEDA, SE ELEVA EL RITMO CARDIACO POR MEDIO DE EJERCICIO YA SEA EN BANDA DE ESFUERZO O CICLOERGÓMETRO (BICICLETA) DANDO COMO RESULTADO EL ESFUERZO FISIOLÓGICO, POR LO QUE LA FORMA DE REFERENCIAR EL PUNTO ES CORRECTO BAJO LOS CONCEPTOS DE ECOGRAFIA DE ESFUERZO FISIOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	26/06/2024 23:44	Responder

COMPRANET
Expediente
Procedimiento
Datos Relevantes de Contratos
Consolidaciones
Registro Empresarial de CompraNet
Proveedores impedidos y sancionados
Avisos y notificaciones
Panel
Ayuda
ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO
Operador de unidad compradora

14	NUDOMI SA DE CV	PREGUNTA: 600106 DE NUDOMI SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RE CONSIDERAR QUE NOS PERMITA PARTICIPAR CON RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 0.5 A 60 MA, LO CUAL NO LIMITALA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO YA QUE CUMPLIMOS CON LAPOTENCIA DEL GENERADOR SOLICITADA DE 15 KW Y SE PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-229- SSA 1-2002 RESPECTO AL USO DE LA MENOR DOSIS POSIBLE CONFORME AL CONCEPTO ALARA, "TAN BAJO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE" (AS LOW AS REASONABL Y ACHIEVABLE), QUE ESTA NORMA DESCRIBE. ESTA EFICIENCIA EN EL DISPARO LA OBTENEMOS CON UNA EFICIENTE FILTRACIÓN DEL HAZ DE RAYOS X, EL AJUSTE AUTOMATICO Y EN TIEMPO REAL DE LOS PARAMETROSDE ADQUISICIÓN QUE SE ADAPTAN A LA ANATOMÍA, LAS FUNCIONES DE PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL PARA EVITAR ARTEFACTOS CAUSADOS POR METAL O MOVIMIENTO Y LA ALTA SENSIBILIDAD DE NUESTRO DETECTOR CON UNA EFICIENCIA CUANTICA DETECTABLE (DQE) DE 77% ¿SE ACEPTA?	26/06/2024 22:14	Responder
15	NUDOMI SA DE CV	PREGUNTA: 600107DE NUDOMI SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RE CONSIDERAR QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "LA OPCIÓN DE MEDICION PERMITE MEDIR UNA DISTANCIA DE LA IMAGEN ACTUAL. ADEMÁS, PERMITE CALCULAR EL ANGULO ENTRE DOS LINEAS. TAMBIEN SE PUEDEN LLEVAR A CABO MEDICIONES EN LAS IMAGENES AMPLIADAS. EN LO QUE RESPECTA A LOS PROCEDIMIENTOS VASCULARES, LAS MEDICIONES PUEDEN PROPORCIONAR: MEDICIÓN DE DISTANCIA DE ARTERIAS Y VENAS. MEDICIÓN DE ANGULO OCASIONAL". ESTO NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN NI LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	26/06/2024 22:14	Responder
16	NUDOMI SA DE CV	PREGUNTA: 600108DE NUDOMI SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RE CONSIDERAR A QUE NOS PERMITA OFERTAR CUBIERTAS ESTERILES , DE TRES PIEZAS PARA TUBO, ARCO Y DETECTOR ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	26/06/2024 22:14	Responder

COMPRANET
Expediente
Procedimiento
Datos Relevantes de Contratos
Consolidaciones
Registro Empresarial de CompraNet
Proveedores impedidos y sancionados
Avisos y notificaciones
Panel
Ayuda
ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO
Operador de unidad compradora

17	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	PRECISION 4 INCISO C	CON RESPECTO A LA PRESICIÓN 4 INCISO C), ¿NOS PUEDEN CONFIRMAR A QUE SE REFIEREN A QUE LOS DOCUMENTOS NO PUEDEN SER ESCANEADOS, FAVOR DE ACLARAR	26/06/2024 23:37	Responder
18	CONDUIT LIFE SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 600730, LICITANTE, CONDUIT LIFE SA DE CV	PREGUNTA: DE ACUERDO CON LO CONTESTADO EN LA PREGUNTA CON ID 600730, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE LA CUAL ES IGUAL O SUPERIOR AL PUNTO SOLICITADO, MISMA QUE INTERFASA AL SISTEMA DE ESPIROMETRIA, PERMITIENDO OBSERVAR LOS BUCLES Y DEMÁS PARAMETROS VENTILATORIOS; LO QUE PROPORCIONA MAS HERRAMIENTAS AL PERSONAL MEDICO. ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 00:05	Responder
19	CONDUIT LIFE SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 600736, LICITANTE, CONDUIT LIFE SA DE CV	PREGUNTA: DE ACUERDO CON LO CONTESTADO EN LA PREGUNTA CON ID 600736, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE LA CUAL ES IGUAL O SUPERIOR AL PUNTO SOLICITADO, MISMA QUE INTERFASA AL SISTEMA DE ESPIROMETRIA, PERMITIENDO OBSERVAR LOS BUCLES Y DEMÁS PARAMETROS VENTILATORIOS, LO QUE PROPORCIONA MAS HERRAMIENTAS AL PERSONAL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 00:05	Responder
20	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV.	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, PARTIDA 25. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL, PUNTO. 1.10. PEDAL BIPOLAR Y 1.11. PEDAL MONOPOLAR PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 1.10 Y 1.11 OFERTANDO UN (1) PEDAL DOBLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN CON CAMBIO DE MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR A TRAVES DE SELECTOR EN EL MISMO PEDAL, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 4 M MISMO QUE PERMITE AL USUARIO CAMBIAR DE MODO SIN MANOS EFICIENTANDO SU IMPLEMENTACIÓN, SIENDO UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 00:19	Responder

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024,** PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

0961

0960

Registro Empresarial de CompraNet
Proveedores impedidos y sancionados
Avisos y notificaciones
Panel
Ayuda
ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO
Operador de unidad compradora

21	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV.	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, PARTIDA 25. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL, PUNTO. 2.2. PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN, Y 2.3. PEDAL BIPOLAR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 2.2 Y 2.3 OFERTANDO UN (1) PEDAL DOBLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN CON CAMBIO DE MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR A TRAVÉS DE SELECTOR EN EL MISMO PEDAL, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 4 M MISMO QUE PERMITE AL USUARIO CAMBIAR DE MODO SIN MANOS EFICIENTANDO SU IMPLEMENTACION, SIENDO UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 00:19	Responder
22	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV.	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, PARTIDA 25. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. PUNTO. 3.4. ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES DE 10 PIEZAS DE NAVAJA, 10 PIEZAS DE ASA, 10 PIEZAS DE BOLA Y 10 PIEZAS DE AGUJA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODOS MONOPOLARES REUTILIZABLES DE 5 PIEZAS DE NAVAJA, 5 PIEZAS DE ASA, 5 PIEZAS DE BOLA Y 5 PIEZAS DE AGUJA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, TODA VEZ QUE ESTOS PERMITEN REALIZAR UN NÚMERO MAYOR DE PROCEDIMIENTOS, SIENDO UNA VENTAJA TECNOLOGÍA, ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 00:19	Responder

COMPRANET
Expediente
Procedimiento
Datos Relevantes de Contratos
Consolidaciones
Registro Empresarial de CompraNet
Proveedores impedidos y sancionados
Avisos y notificaciones
Panel
Ayuda
ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO
Operador de unidad compradora

23	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID 599531	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 599531 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 54 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y NOS PERMITA SUMINISTRAR UNA CARTA DE FABRICANTE PARA EL PUNTO 1.11 DADO QUE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA NO CONTAMOS CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHO PUNTO Y NO ES POSIBLE REFERENCIAR CON IMAGENES O FOLLETOS DICHA ESPECIFICACION ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 00:48	Responder
24	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID 599531	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 599531 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 54 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y NOS PERMITA SUMINISTRAR LA REFERENCIA DEL PUNTO 1.11 POR MEDIO DE MARCAJE EN ALGUNA IMAGEN, DIAGRAMA PRESENTACIÓN O FOLLETO DADO QUE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA NO CONTAMOS CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHO PUNTO Y NO ES POSIBLE REFERENCIAR CON IMAGENES O FOLLETOS DICHA ESPECIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 00:48	Responder
25	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID 599535	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 599535 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 54 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y NOS PERMITA SUMINISTRAR UNA CARTA DE FABRICANTE PARA EL PUNTO 1.12.27 DADO QUE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA NO CONTAMOS CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHO PUNTO Y NO ES POSIBLE REFERENCIAR CON IMAGENES O FOLLETOS DICHA ESPECIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 00:48	Responder

COMPRANET
Expediente
Procedimiento
Datos Relevantes de Contratos
Consolidaciones
Registro Empresarial de CompraNet
Proveedores impedidos y sancionados
Avisos y notificaciones
Panel
Ayuda
ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO
Operador de unidad compradora

26	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599392	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLICTAMOS AMABLEMENTE SE LE DE RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO PUNTO 1.7.1.3.-16 BITS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UN ESTUDIO O WHITE PAPER, DONDE SE EXPLICA QUE LOS MONITORES CON UNA MATRIZ DE IMAGEN DE 1600 X 1200 (2 MEGAPIXELES) CUMPLEN TECNICAMENTE CON UNA PROFUNDIDAD DE COLOR DE 16 BITS LO QUE EQUIVALE A 65,536 COLORES, YA QUE LOS MONITORES QUE CUMPLAN CON ESTE CRITERIO SON DE ALTA RESOLUCION. ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 01:25	Responder
27	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599393	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLICTAMOS AMABLEMENTE SE LE DE RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO 1.8.3.- MATRIZ DE 3072 X 3072 PIXELES O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE 2,840 X 2,874 PIXELS. CONSIDERAMOS QUE ESTA RESOLUCIÓN CUMPLE LOS PARÁMETROS PARA ENTREGAR UNA IMAGEN FIEL Y CON AL TO VALOR DIAGNÓSTICOS, ADEMÁS DE ESTO, ADEMÁS DE CUMPLIR LOS VALORES DE TAMAÑO DE PIXEL Y DQE LOS CUALES - FAVORECEN A LA CALIDAD DIAGNÓSTICA. ¿ SE ACEPTA?	27/06/2024 01:25	Responder
28	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599394	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLICTAMOS AMABLEMENTE SE LE DE RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO 1.8.5.- QUE SEA RESISTENTE AL AGUA IPX6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA CARTA DE FABRICA DONDE ESPECIFICA ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 01:25	Responder

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024,** PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

COMPRANET

- Expediente
- Procedimiento
- Datos Relevantes de Contratos
- Consolidaciones
- Registro Empresarial de CompraNet
- Proveedores Impedidos y sancionados
- Avisos y notificaciones
- Panel
- Ayuda

ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO
Operador de unidad compradora

29	BIODIST S.A. DE C.V.	PROPUESTA ECONÓMICA, PRECISIÓN 4	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL NO SUBIR LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS QUE NO PARTICIPAMOS, SOLO AFECTARAN A DICHA PARTIDA Y NO DESECHARA TODA LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTA APRECIACIÓN?	27/06/2024 01:17		Responder
30	BIODIST S.A. DE C.V.	PREGUNTA 599624	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE LOS CONTRATOS QUE AUN NO HAN CONCLUIDO, PODAMOS ENTREGAR LAS FACTURAS QUE SE HAN ENTREGADO A LA INSTITUCIÓN, COMPROBANDO ASÍ LA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES REQUERIDOS EN EL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 01:17	0962	Responder
31	BIODIST S.A. DE C.V.	599650	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE OFERTAR LAS MEDIDAS DEL CUBREOBJETO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE YA QUE EL EMPLEO DE UNA MEDIDA ESTANDAR ES RECOMENDABLE PARA GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD EN LOS PROCESOS DE MONTAJE PERMANENTE, LO QUE PERMITE A LOS INSTRUMENTOS TRABAJAR DE MANERA EFICAZ, EVITANDO ASÍ ENTORPECER EL RESULTADO DEL MONTAJE. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	27/06/2024 01:17		Responder
32	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID 599535	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 599535 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 54 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA NOS PERMITA SUMINISTRAR LA REFERENCIA DEL PUNTO 1.12.27 POR MEDIO DE MARCAJE EN ALGUNA IMAGEN, DIAGRAMA PRESENTACION O FOLLETO DADO QUE EN NUESTRA BIBLIOGRAFIA NO CONTAMOS CON LA DESCRIPCION DETALLADA DE LA INFORMACION SOLICITADA EN DICHO PUNTO Y NO ES POSIBLE REFERENCIAR CON IMAGENES O FOLLETOS DICHA ESPECIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 00:48		Responder
33	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599391	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE LE DE RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO 1.1 A.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 0.001 SEGUNDOS O MENOR A 5 SEGUNDOS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS A 4 SEGUNDOS, CONSIDERAMOS - QUE ESTE TIEMPO ESTA DENTRO DE LOS PARAMETROS TÉCNICOS PARA OBTENER IMÁGENES DE CALIDAD DIAGNOSTICA, ADEMAS DE ESO QUE EL EQUIPO EXCEDE OTROS PARAMETROS -	27/06/2024 01:25		Responder

COMPRANET

- Expediente
- Procedimiento
- Datos Relevantes de Contratos
- Consolidaciones
- Registro Empresarial de CompraNet
- Proveedores Impedidos y sancionados
- Avisos y notificaciones
- Panel
- Ayuda

ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO
Operador de unidad compradora

34	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599367	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE LE E RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO 1.2.- SELECCION DE RADIOGRAFIA PROGRAMADA ANATÓMICAMENTE, 200 PROGRAMAS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "EXAMENES AUTOMATICOS PREDEFINIDOS CON PARAMETROS PREDEFINIDOS" Y ADJUNTANDO UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDICA QUE EL NUMERO DE APR CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 01:25		Responder
35	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	PRECISION 4	SE ENTIENDE QUE ES EL PDF DE LA FICHA QUE CORRESPONDE CON LA LEYENDA NO COTIZO . ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	27/06/2024 02:29		Responder
36	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	PRECISION 3	SE ENTIENDE QUE EN CADA PARAMETRO DE COMPRANET SE SUBIRA EL ANEXO 19 DE CADA PARTIDA , NO EL ANEXO 19 GENERAL. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	27/06/2024 02:29		Responder
37	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	PRECISION 2	ANEXO ECONOMICO . SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE QUE EN CASO DE NO COTIZAR SE NOS PERMITA PONER LA LEYENDA DE NO COTIZO TANTO EN EL ARCHIVO EXCEL COMO PDF. SE ACEPTA?	27/06/2024 02:29		Responder
38	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	PRECISION 3	SE ENTIENDE QUE EL ANEXO 19 Y EL 1.2 ES EL MISMO . ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	27/06/2024 02:29		Responder
39	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	ID 600669	SOLICITAMOS AMABLEMENTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFRECER MÁS OPCIONES A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA	27/06/2024 02:29		Responder
40	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	ID 600669	REFERENCIAR UN EQUIPO CON DIMENSIONES 690X700X19600 MM, DADO QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL AREA DESTINO DEL BIEN PERMITEN REALIZAR ESTA OFERTA. ¿SE ACEPTA?	27/06/2024 02:29		Responder

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024,** PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**



III. ACTO SEGUIDO SE DA RESPUESTA A TODAS Y CADA UNA DE LAS REPREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES ANTES MENCIONADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:----------

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
50409	GERD YERIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 599602.	REFERENTE A ESTE RESPUESTA, ACEPTARÍA LA CONVOCANTE REDUCIR LA CANTIDAD A 2 AGUJAS REUTILIZABLES, 1 DE 25MM Y 1 DE 35MM, ESTO DEBIDO AL QUE EL COSTO DE ESTAS ES ELEVADO PODRÍA PROVOCAR QUE LOS COSTOS SALIERAN DE PRESUPUESTO.	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

50410	GERD YERIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 599588	REFERENTE A ESTE RESPUESTA, ACEPTARÍA LA CONVOCANTE, OFRECER UN EQUIPO QUE CUENTA CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA USB Y MEMORIA SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS POR UN PERIODO SUPERIOR AL OFERTADO DE 120 HORAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0964
50411	GERD YERIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 599589	REFERENTE A ESTE RESPUESTA, ACEPTARÍA LA CONVOCANTE, OFRECER UN EQUIPO QUE CUENTA CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA USB Y MEMORIA SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS POR UN PERIODO SUPERIOR AL OFERTADO DE 120 HORAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
50412	GERD YERIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 599590	REFERENTE A ESTE RESPUESTA, ACEPTARÍA LA CONVOCANTE, OFRECER UN EQUIPO QUE CUENTA CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA USB Y MEMORIA SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE CAPTURAR, REVISAR Y VISUALIZAR DATOS COMPLETOS POR UN	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

	0965		PERIODO SUPERIOR AL OFERTADO DE 120 HORAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
50413	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600563 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA ORIENTACIÓN DE LA MUESTRA DE 12 °, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
50414	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600564 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.4, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN DESBASTE DE 10 A 600 MICRAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
50415	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600565 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.5., SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

			UN CONTROL DE TEMPERATURA DE LA CRIO CÁMARA DE 10 ° C A -50 ° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	0966
50416	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600566 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.9. Y 2.4, ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE ESTA SEA OPCIONAL, ESTO CON EL FIN DE QUE NO SE VE LIMITADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
50417	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600567 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.8. NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR UV, POR LO CUAL NO REQUIERE DE UN SISTEMA DE FILTRADO HEPA, POR LO CUAL SOLICITAMOS PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

50418	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600578 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V. 0967	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PLACA CALEFACTORA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE HASTA 85° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
50419	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600579 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.3. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PLACA FRÍA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE HASTA -20° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
50420	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600580 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.5. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN TANQUE CON CAPACIDAD DE HASTA 80 CASETES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

50421	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 600593 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE RECONSIDERE LA RESPUESTA YA QUE SE INDICA QUE NO PUEDE HACERSE REFERENCIA COMO SE DESCRIBE, CONSIDERAMOS QUE EL PROTOCOLO DE ESFUERZO FISIOLÓGICO HACE REFERENCIA CLÍNICA A EL INCREMENTO DE LOS LATIDOS POR ETAPAS DE ESTRÉS LAS CUALES SE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DE FÁRMACOS, O EN CASO QUE EL PACIENTE PUEDA, SE ELEVA EL RITMO CARDIACO POR MEDIO DE EJERCICIO YA SEA EN BANDA DE ESFUERZO O CICLOERGÓMETRO (BICICLETA) DANDO COMO RESULTADO EL ESFUERZO FISIOLÓGICO, POR LO QUE LA FORMA DE REFERENCIAR EL PUNTO ES CORRECTO BAJO LOS CONCEPTOS DE ECOGRAFÍA DE ESFUERZO FISIOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0968

50746	NUDOMI SA DE CV 0969	PREGUNTA: 600106 DE NUDOMI SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RE CONSIDERAR QUE NOS PERMITA PARTICIPAR CON RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 0.5 A 60 MA, LO CUAL NO LIMITALA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO YA QUE CUMPLIMOS CON LÁPOTENCIA DEL GENERADOR SOLICITADA DE 15 KW Y SE PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-229- SSA 1-2002 RESPECTO AL USO DE LA MENOR DOSIS POSIBLE CONFORME AL CONCEPTO ALARA, "TAN BAJO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE" (AS LOW AS REASONABL Y . ACHIEVABLE), QUE ESTA NORMA DESCRIBE. ESTA EFICIENCIA EN EL DISPARO LA OBTENEMOS CON UNA EFICIENTE FILTRACIÓN DEL HAZ DE RAYOS X, EL AJUSTE AUTOMÁTICO Y EN TIEMPO REAL DE LOS PARÁMETROSDE ADQUISICIÓN QUE SE ADAPTAN A LA ANATOMIA, LAS FUNCIONES DE PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL PARA EVITAR ARTEFACTOS CAUSADOS POR METAL O MOVIMIENTO Y LA ALTA SENSIBILIDAD DE NUESTRO DETECTOR CON UNA EFICIENCIA CUÁNTICA DETECTABLE (DQE) DE 77% ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

50747	NUDOMI SA DE CV	PREGUNTA: 600107DE NUDOMI SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RE CONSIDERAR QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "LA OPCIÓN DE MEDICIÓN PERMITE MEDIR UNA DISTANCIA DE LA IMAGEN ACTUAL. ADEMÁS, PERMITE CALCULAR EL ÁNGULO ENTRE DOS LINEAS. TAMBIÉN SE PUEDEN LLEVAR A CABO MEDICIONES EN LAS IMÁGENES AMPLIADAS. EN LO QUE RESPECTA A LOS PROCEDIMIENTOS VASCULARES, LAS MEDICIONES PUEDEN PROPORCIONAR: MEDICIÓN DE DISTANCIA DE ARTERIAS Y VENAS. MEDICIÓN DE ÁNGULO OCASIONAL". ESTO NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN NI LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 0970
50748	NUDOMI SA DE CV	PREGUNTA: 600108DE NUDOMI SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RE CONSIDERAR A QUE NOS PERMITA OFERTAR CUBIERTAS ESTÉRILES . DE TRES PIEZAS PARA TUBO, ARCO Y DETECTOR ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES , PERO DEBERÁ ENTREGAR DOSCIENTAS PIEZAS.
50749	TELECOMUNICACI·ON Y EQUIPOS SA DE CV	PRECISION 4 INCISO C	CON RESPECTO A LA PRESICIÓN 4 INCISO C), ¿NOS PUEDEN CONFIRMAR A QUE SE REFIEREN A QUE LOS DOCUMENTOS NO PUEDEN SER ESCANEADOS. FAVOR DE ACLARAR	EL INCISO C) DICE "QUE LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS O DOCUMENTOS UTILIZADOS, NO DEBERAN ESTAR ESCANEADOS." DEBEN DE ENTREGARSE ARCHIVOS COMPLETOS EN FORMATO PDF, REFERENCIADOS Y

	0971			RESALTADOS LOS PUNTOS EN COMENTO; NO SE ACEPTARAN HOJAS SIMPLES ESCANADAS. LOS DOCUMENTOS EN PDF DEBERÁN PERMITIR LA BUSQUEDA EN EL ARCHIVO.
50750	CONDUIT LIFE SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 600730, LICITANTE, CONDUIT LIFE SA DE CV	PREGUNTA: DE ACUERDO CON LO CONTESTADO EN LA PREGUNTA CON ID 600730, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE LA CUAL ES IGUAL O SUPERIOR AL PUNTO SOLICITADO, MISMA QUE INTERFASA AL SISTEMA DE ESPIROMETRÍA, PERMITIENDO OBSERVAR LOS BUCLES Y DEMÁS PARÁMETROS VENTILATORIOS; LO QUE PROPORCIONA MÁS HERRAMIENTAS AL PERSONAL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
50751	CONDUIT LIFE SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 600736, LICITANTE, CONDUIT LIFE SA DE CV	PREGUNTA: DE ACUERDO CON LO CONTESTADO EN LA PREGUNTA CON ID 600736, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE LA CUAL ES IGUAL O SUPERIOR AL PUNTO SOLICITADO, MISMA QUE INTERFASA AL SISTEMA DE ESPIROMETRÍA, PERMITIENDO OBSERVAR LOS BUCLES Y DEMÁS PARÁMETROS VENTILATORIOS; LO	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

			QUE PROPORCIONA MÁS HERRAMIENTAS AL PERSONAL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	0972
50756	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV.	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV. PARTIDA 25. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. PUNTO. 1.10. PEDAL BIPOLAR Y 1.11. PEDAL MONOPOLAR PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 1.10 Y 1.11 OFERTANDO UN (1) PEDAL DOBLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN CON CAMBIO DE MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR A TRAVÉS DE SELECTOR EN EL MISMO PEDAL, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 4 M MISMO QUE PERMITE AL USUARIO CAMBIAR DE MODO SIN MANOS EFICIENTANDO SU IMPLEMENTACIÓN, SIENDO UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

50757	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 0973	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV.	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV. PARTIDA 25. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. PUNTO. 2.2. PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN. Y 2.3. PEDAL BIPOLAR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 2.2 Y 2.3 OFERTANDO UN (1) PEDAL DOBLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN CON CAMBIO DE MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR A TRAVÉS DE SELECTOR EN EL MISMO PEDAL, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 4 M MISMO QUE PERMITE AL USUARIO CAMBIAR DE MODO SIN MANOS EFICIENTANDO SU IMPLEMENTACIÓN, SIENDO UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

50758	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV.	RESPUESTA CON ID. 600520, DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV. PARTIDA 25. UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. PUNTO. 3.4. ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES DE 10 PIEZAS DE NAVAJA, 10 PIEZAS DE ASA, 10 PIEZAS DE BOLA Y 10 PIEZAS DE AGUJA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODOS MONOPOLARES REUTILIZABLES DE 5 PIEZAS DE NAVAJA, 5 PIEZAS DE ASA, 5 PIEZAS DE BOLA Y 5 PIEZAS DE AGUJA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, TODA VEZ QUE ESTOS PERMITEN REALIZAR UN NÚMERO MAYOR DE PROCEDIMIENTOS, SIENDO UNA VENTAJA TECNOLOGÍA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 0974
50759	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID 599531	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 599531 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 54 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y NOS PERMITA SUMINISTRAR UNA CARTA DE FABRICANTE PARA EL PUNTO 1.11 DADO QUE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA NO	NO SE ACEPTA

	0975		CONTAMOS CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHO PUNTO Y NO ES POSIBLE REFERENCIAR CON IMAGENES O FOLLETOS DICHA ESPECIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	
50760	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID 599531	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 599531 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 54 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y NOS PERMITA SUMINISTRAR LA REFERENCIA DEL PUNTO 1.11 POR MEDIO DE MARCAJE EN ALGUNA IMAGEN, DIAGRAMA PRESENTACIÓN O FOLLETO DADO QUE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA NO CONTAMOS CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHO PUNTO Y NO ES POSIBLE REFERENCIAR CON IMAGENES O FOLLETOS DICHA ESPECIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

50761	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID 599535	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 599535 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 54 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y NOS PERMITA SUMINISTRAR UNA CARTA DE FABRICANTE PARA EL PUNTO 1.12.27 DADO QUE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA NO CONTAMOS CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHO PUNTO Y NO ES POSIBLE REFERENCIAR CON IMAGENES O FOLLETOS DICHA ESPECIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 0976
50776	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599392	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLIICTAMOS AMABLEMENTE SE LE DE RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO PUNTO 1.7.1.3.-14 BITS O MAYOR. 'SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UN ESTUDIO O WHITE PAPER, DONDE SE EXPLICA QUE LOS MONITORES CON UNA MATRIZ DE IMAGEN DE 1600 X 1200 (2 MEGAPIXELES) CUMPLEN TÉCNICAMENTE CON UNA PROFUNDIDAD DE COLOR DE 16 BITS	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA

	0977		LO QUE EQUIVALE A 65,536 COLORES, YA QUE LOS MONITORES QUE CUMPLAN CON ESTE CRITERIO SON DE ALTA RESOLUCIÓN. •¿SE ACEPTA?	
50777	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599393	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLIICTAMOS AMABLEMENTE SE LE DE RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO 1.8.3.- MATRIZ DE 3072 X 3072 PIXELES O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE 2,840 X 2,874 PIXELS, CONSIDERAMOS QUE ESTA RESOLUCIÓN CUMPLE LOS PARÁMETROS PARA ENTREGAR UNA IMAGEN FIEL Y CON AL TO VALOR DIAGNÓSTICOS, ADEMÁS DE ESTO, ADEMÁS DE CUMPLIR LOS VALORES DE TAMAÑO DE PIXEL Y DQE LOS CUALES • FAVORECEN A LA CALIDAD DIAGNOSTICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

50778	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599394	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLIICTAMOS AMABLEMENTE SE LE DE RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO 1.8.5.- QUE SEA RESISTENTE AL AGUA IPX6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA CARTA DE FABRICA DONDE ESPECIFICA ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEP'TA, PUEDE REFERENCIAR EN UNA IMAGEN DE SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, POR LO MENOS UNA CARACTERÍSTICA DE LA FICHA TÉCNICA 0978
50779	BIODIST S.A. DE C.V.	PROPUESTA ECONOMICA, PRECISIÓN 4	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL NO SUBIR LAS FICHAS TECNICAS DE LAS PARTIDAS QUE NO PARTICIPAMOS, SOLO AFECTARAN A DICHA PARTIDA Y NO DESECHARA TODA LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTA APRECIACIÓN?	DEBERÁ OBSERVAR LO SEÑALADO EN LA PRECISION 4 DEL APARTADO III DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES , ES DECIR, DEBERÁ ADJUNTAR UN ARCHIVO CON LA LEYENDA "NO COTIZA" EN EL PARAMETRO DE LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO POR EL QUE NO DESEE PARTICIPAR
50780	BIODIST S.A. DE C.V.	PREGUNTA 599624	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE LOS CONTRATOS QUE AUN NO HAN CONCLUIDO, PODAMOS ENTREGAR LAS FACTURAS QUE SE HAN ENTREGADO A LA INSTITUCIÓN, COMPROBANDO ASI LA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE	DEBERÁ ENTREGAR COPIA DE LAS FACTURAS ACOMPAÑADO DE CARTA DE RECOMENDACIÓN DE LA INSTITUCIÓN A QUIEN ESTAN EMITIENDO LAS FACTURAS.

	0979		LOS BIENES REQUERIDOS EN EL CONTRATO, ¿SE ACEPTA?	
50781	BIODIST S.A. DE C.V.	599650	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE OFERTAR LAS MEDIDAS DEL CUBREOBJETO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE YA QUE EL EMPLEO DE UNA MEDIDA ESTANDAR ES RECOMENDABLE PARA GARANTIZAR LA HOMOGENIDAD EN LOS PROCESOS DE MONTAJE PERMANENTE, LO QUE PERMITE A LOS INSTRUMENTOS TRABAJAR DE MANERA EFICAZ, EVITANDO ASÍ ENTORPECER EL RESULTADO DEL MONTAJE. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	PODRA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
50782	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID 599535	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 599535 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 54 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA NOS PERMITA SUMINISTRAR LA REFERENCIA DEL PUNTO 1.12.27 POR MEDIO DE MARCAJE EN ALGUNA IMAGEN, DIAGRAMA PRESENTACIÓN O FOLLETO DADO QUE EN NUESTRA	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024,** PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

			BIBLIOGRAFÍA NO CONTAMOS CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHO PUNTO Y NO ES POSIBLE REFERENCIAR CON IMAGENES O FOLLETOS DICHA ESPECIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?	0980
50783	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599391	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLIICTAMOS AMABLEMENTE SE LE DE RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO 1. 1 .4.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 0.001 SEGUNDOS O MENOR A 5 SEGUNDOS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS A 4 SEGUNDOS, CONSIDERAMOS • QUE ESTE TIEMPO ESTA DENTRO DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS PARA OBTENER IMÁGENES DE CALIDAD DIAGNOSTICA, ADEMÁS DE ESO QUE EL EQUIPO EXCEDE OTROS PARÁMETROS · SOLICITADOS COMO LA CORRIENTE, INCLUSIVE CUENTA CON 4 MODOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO QUE ARMONIZAN LA TÉCNICA PARA OTORGAR UN	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

	0981		ESTUDIO DE CALIDAD ¿SE ACEPTA?	
50785	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599367	POR ERROR SE REFERENCIA MAL ESTA PARTIDA POR LO QUE SOLIICTAMOS AMABLEMENTE SE LE E RESPUESTA PARA LAS PARTIDA NO 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PUNTO 1.2.-SELECCIÓN DE RADIOGRAFÍA PROGRAMADA ANATÓMICAMENTE, 200 PROGRAMAS O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "EXÁMENES AUTOMÁTICOS PREDEFINIDOS CON PARÁMETROS PREDEFINIDOS" Y ADJUNTANDO UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDICA QUE EL NUMERO DE APR CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES , PUEDE REFERENCIAR UNA CARATERÍSTIC A DE LA FICHA TÉCNICA EN IMAGEN DE SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS, NO SE ACEPTA LA CARTA DE FABRICANTE.

50786	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	PRECISION 4	SE ENTIENDE QUE ES EL PDF DE LA FICHA QUE CORRESPONDE CON LA LEYENDA NO COTIZO . ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? 0982	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ES DECIR, DEBERÁ ADJUNTAR UN ARCHIVO CON LA LEYENDA "NO COTIZA" EN EL PARAMETRO DE LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO POR EL QUE NO DESEE PARTICIPAR.
50787	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	PRECISION 3	SE ENTIENDE QUE EN CADA PARAMETRO DE COMPRANET SE SUBIRA EL ANEXO 19 DE CADA PARTIDA , NO EL ANEXO 19 GENERAL. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ANEXO 19 ES GENERAL (CUYO PARAMETRO SE HABILITÓ EN COMPRANET), ASIMISMO SE HABILITARON 55 PARAMETROS PARA CADA UNA DE LAS FICHAS TÉCNICAS.
50788	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	PRECISION 2	ANEXO ECONOMICO . SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE QUE EN CASO DE NO COTIZAR SE NOS PERMITA PONER LA LEYENDA DE NO COTIZO TANTO EN EL ARCHIVO EXCEL COMO PDF. SE ACEPTA?	SE ACEPTA.
50789	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	PRECISION 3	SE ENTIENDE QUE EL ANEXO 19 Y EL 1.2 ES EL MISMO . ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ANEXO 1.2 ES LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO QUE OFERTA Y EL ANEXO 19 ES EL FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, CADA ANEXO SOLICITA COSAS DIFERENTES DEBERÁ ATENDER LA PRESICIÓN 5

	0983			TÉCNICA DEL APARTADO IV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
50790	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	ID 600669	SOLICITAMOS AMABLEMENTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFRECER MÁS OPCIONES A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA	PREGUNTA INCOMPLETA
50791	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	ID 600669	REFERENCIAR UN EQUIPO CON DIMENSIONES 690X700X19600 MM, DADO QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL AREA DESTINO DEL BIEN PERMITEN REALIZAR ESTA OFERTA, ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD DE LA LAVADORA NO EXCEDA UN RANGO DE CAPACIDAD DE 250 A 300 LITROS
50802	BIODIST S.A. DE C.V.	599654	DE ACUERDO A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 599654 SOLICITAMOS A LA CONVOCATE CONSIDERARE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPAIDAD DE 2 LITROS DEBIDO A LA SITUACIÓN DE ESCASEZ DE AGUA A NIVEL NACIONAL Y CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO INDISCRIMINADO DE ESTE RECURSO A FIN DE BRINDAR UN INSTRUMENTO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE 3L, EN PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO, RIGE LA CAPACIDAD DE CONTENER LOS CORTES DE PARAFINA SEGÚN LA PRODUCTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

50803	BIODIST S.A. DE C.V.	599655	DE ACUERDO A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 599655, CON EL OBJETIVO DE PODER BRINDARLE UNA PLATAFORMA QUE AYUDE AL DESEMPEÑO DE LA SOLIDIFICACIÓN DEL BLOQUE DE PARAFINA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA UN EQUIPO QUE BRINDE UNA TEMPERATURA DE -6°C EN LA PLACA DE ENFRIAMIENTO, PUES 4°C DE DIFERENCIA NO REPRESENTA UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL BLOQUE COMO RESULTADO FINAL. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE 0984
50804	BIODIST S.A. DE C.V.	599658	SE REPLANTEA LA PREGUNTA PARA FINES DE CLARIDAD: SE PROPONE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD SE INTEGRE AL HIS, PUES ES EL QUE RECIBE LAS ÓRDENES Y ENVÍA LOS INFORMES, Y QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD SE INTEGRE AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES, DE ACUERDO A MEJORES PRÁCTICAS EN PATOLOGÍA DIGITAL. FAVOR DE PRONUNCIARSE	SE REQUIERE QUE EL DIGITALIZADOR DE IMÁGENES SE COMUNIQUE CON EL HIS Y LIS
50805	BIODIST S.A. DE C.V.	599658	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 599658 NOS ACEPTE UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE INTERFACE LIS Y/O HIS ESTO PARA CUBRIR CAVALMENTE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES. FAVOR DE PRONUNCIARSE	NO SE ACEPTA

50806	BIODIST S.A. DE C.V. 0985 3820	599660	DE ACUERDO A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 599660 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA QUE PUEDA HACER UN ESCANEO COMPLETO DE LA LAMINILLA EN DONDE SE INCLUYEN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE, PREVIAMENTE CARGADOS. ESTE SISTEMA CUENTA ADEMÁS CON LA FUNCIONALIDAD DE CONSULTAR LOS DATOS ESCANEADOS EN LA JORNADA DEL TRABAJO Y HASTA POR HISTORICOS DE UN AÑO GARANTIZANDO LA TRAZABILIDAD DE LAS MUESTRAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE
50807	BIODIST S.A. DE C.V.	599632	CONSIDERANDO QUE EL DETECTOR DIGITAL PROPUESTO PARA EL EQUIPO DE FLUOROSCOPÍA ESTÁ HERMÉTICAMENTE INTEGRADO DENTRO DE LA CARCASA DEL DISPOSITIVO, LA CUAL PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN TOTAL CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS Y POLVO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y QUE EL DISEÑO DEL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y ESTÁNDARES CLÍNICOS PERINENTES ¿PUEDE LA CONVOCANTE ACEPTAR UNA CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN MENOR A IPX6 PARA EL DETECTOR DIGITAL?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DEMOSTRAR QUE ES NIVEL IPX6 O SUPERIOR.

50808	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	599387	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, ESTO CON MOTIVO DE ENCARACER LAS PARTIDAS 3 Y 4 YA QUE LAS MEDICIONES DE ESPIROMETRIA NO SON TAN INDISPENSABLES Y SE PUEDEN OBTENER DATOS DE OTROS PARAMETROS FISIOLOGICOS QUE YA SE INCLUYEN EN LAS CENTRAL,ES ¡SE ACEPTA CONSIDERAR OPCIONAL LA ESPIROMETRIA Y SUS ACCESORIOS?	NO SE ACEPTA 0986

IV.- PRECISICIONES DEL AREA TECNICA CON RESPECTO AL ANEXO 1 ANEXO TECNICO

PRECISIÓN TECNICA 5

SE AGREGA INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 19

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL ANEXO 19

DEBERÁ LEER CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 19

CAMPO	INDICACIÓN
EMPRESA	ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN	INDICAR EL NÚMERO CON EL QUE SE ENCUENTRA DADO DE ALTA EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN
DIRECCIÓN	ESPECIFICAR LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN
TELÉFONO	INDICAR EL TELÉFONO O TELÉFONOS DE LA EMPRESA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN
EMAIL	INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN
PARTIDA	INDICAR EL NÚMERO DE LA (S) PARTIDA (S) QUE OFERTA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 1.1 "RELACIÓN DE LOS BIENES"
CLAVE COMPENDIO/ CÓDIGO CUCOP	INDICAR EL NÚMERO DE LA CLAVE DE LA (S) PARTIDA (S) OFERTADA (S), DE ACUERDO CON EL ANEXO 1.1 "RELACIÓN DE LOS BIENES" Y ANEXO 1.2 "FICHA TÉCNICA".
DESCRIPCIÓN COMPENDIO	INDICAR AL NOMBRE DE LA DESCRIPCIÓN DE LA (S) PARTIDA (S) OFERTADA (S), DE ACUERDO CON EL ANEXO 1.1 "RELACIÓN DE LOS BIENES" Y ANEXO 1.2 "FICHA TÉCNICA".

UNIDAD DE MEDIDA	PRECISAR SI LA PARTIDA OFERTADA CORRESPONDE A PIEZA O EQUIPO, DE ACUERDO CON EL ANEXO 19
TIPO DE BIEN 0987	INDICAR SI ES EQUIPO MÉDICO, EQUIPO DE LABORATORIO MOBILIARIO MÉDICO O INSTRUMENTAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO 1.1 "RELACIÓN DE LOS BIENES"
CANTIDAD SOLICITADA	INDICAR LA CANTIDAD SOLICITADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 1.1 "RELACIÓN DE LOS BIENES"
CANTIDAD OFERTADA	DEBE ANOTAR LA CANTIDAD QUE PUEDE OFERTAR Y ENTREGAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO
MARCA	DEBE ESPECIFICAR LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, EL CUAL DEBE COINCIDIR CON LO OFERTADO EN EL ANEXO 1.2 "FICHA TÉCNICA"
MODELO	DEBE ESPECIFICAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO, EL CUAL DEBE COINCIDIR CON LO OFERTADO EN EL ANEXO 1.2 "FICHA TÉCNICA"
FABRICANTE	DEBE ESPECIFICAR EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, EL CUAL DEBE COINCIDIR CON LO DESCRITO EN EL ANEXO 1.2 "FICHA TÉCNICA
PAÍS DE PROCEDENCIA	DEBE ESPECIFICAR EL PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO OFERTADO, EL CUAL DEBE COINCIDIR CON LO DESCRITO EN EL ANEXO "FICHA TÉCNICA"
DOCUMENTACION TÉCNICA	EN EL NUMERAL III "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA", COLUMNA "HIPERVINCULO" DEBERÁ INDICAR EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE CONTIENE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EL ANEXO TÉCNICO Y ENLISTADA EN EL ANEXO 19, EN ELECTRÓNICO EN FORMATO PDF.

V. SE INFORMA A LOS LICITANTES, ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** SE LLEVARÁ A CABO EL **03 DE JULIO DE 2024** A LAS **11:00 HORAS** EN ESTA MISMA SALA PARA LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS Y DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET PARA LOS LICITANTES INTERESADOS----------

---

VI. .DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.----------

---

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX. ----------

---

ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN HORA POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONVOCANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EN EL PISO 8 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NÚMERO 423, COL. NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.----------

---

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE O PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO COMO OBSERVADOR.----------

---

SE INFORMA, QUE SE CIERRA EL ACTO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS **18:35** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA SECRETARÍA, QUIENES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024,** PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**

ESTA SECRETARÍA, QUIENES RECIBIRÁN COPIA DE LA PRESENTE ACTA POR CORREO ELECTRÓNICO----------

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	0988
	LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECUSAOS MATERIALES	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	**C.P. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ** JEFE DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	**C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA** REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	**ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES** SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	
	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMSS-BIENESTAR	**DRA. ZAIRA JAZMÍN PADILLA LLAMAS** REPRESENTANTE	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL **ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-T-5-2024,** PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".**----------

----------**FIN DEL ACTA**----------