



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO DEL ANEXO 2, DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE SU REGLAMENTO, LIC. JUAN CARLOS TREJO MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN", HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----

-----  
**HECHOS**  
-----

I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: -----

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS.
DIRECCIÓN JURIDICA Y NORMATIVA	LIC. JOSÉ LUIS CORTÉS SÁNCHEZ REPRESENTANTE
SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS	ING. RENE FABIÁN PÉREZ JIMÉNEZ REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	T.R. MOISES GONZÁLEZ MARTÍNEZ JUD DE MATERIAL DE CURACIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"

II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES: -----

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.	ARIANA CORTES PÉREZ
BIOTECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALINEE ARENAS MARTÍNEZ
INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	MARÍA GUADALUPE FAJARDO HERRERA
HI - TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT
CONSORCIO INTERNACIONAL QUETZALCÓATL, S.A. DE C.V.	JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ LUNA
HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V.	JOSÉ LUIS MACÍAS VÁZQUEZ
FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	MICHEL LOZANO CASILLAS
BENJAMÍN BAÑOS VÁZQUEZ	HAZAEI GONZÁLEZ ALCARAZ
LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ AGUIRRE	DIANA ISABEL MARTÍNEZ AGUIRRE.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

WACHUMA, S.R.L. DE C.V.	MELISSA ESPINOZA CALVO
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	JOSÉ LUIS IZQUIERDO
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	ANTONIO ROMERO GÓMEZ
BRAMATADO, S.A. DE C.V.	FRIDA FERNANDA CRUZ MENDOZA
ADRIANA GUILLERMINA BUSSEY SARMIENTO	ADRIANA GUILLERMINA BUSSEY SARMIENTO

**PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:**

1. SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO EFECTUADO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE CONCLUYE QUE NO SE CUENTA CON UN PRECIO DE REFERENCIA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS REQUERIDAS POR EL ÁREA REQUERENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, LA CONVOCANTE REALIZA UNA ACTUALIZACIÓN A LA CANTIDAD DE BIENES REQUERIDOS QUE SI CUENTAN CON UN PRECIO DE REFERENCIA Y/O FUERON COTIZADAS DENTRO DEL SONDEO DE MERCADO LO CUAL SE EFECTUARÁ DE FORMA PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE BIENES REQUERIDOS Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO, SSCDMX/DGAF/DF/SP/181/2022 POR LA CANTIDAD DE \$103,795,565.28 (CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO DE PESOS 28/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO), LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 6 Y 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 54 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL NUMERAL 5.8.1 FRACCIÓN II DE LA CIRCULAR UNO, 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO A EJERCER INCLUYE I.V.A. 60%	PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO A EJERCER CON I.V.A
\$62,277,339.17	\$103,795,565.28

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
1	060.004.0109	ABATELANGUAS DE MADERA, FABRICADOS EN MADERA FINA, PUNTAS REDONDEADAS, LIBRE DE ASTILLAS, LARGO 142.0 MM., ANCHO 18.0 MM.	ENVASE CON 500 PIEZAS	1,407	65	39	65
2	060.004.2000	VÁLVULA DE ACCESO SIN AGUJA CON CONECTETOR LUER LOCK (ROSCA) PARA VOLUMEN DE 0.25 ML	PIEZA	54,064	2,495	1,497	2,495
3	060.016.0129	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICON, ES SOLUBLE EN AGUA Y NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA, EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CAJA, BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL.	Envase de 4 litros	354	16	10	16
4	060.016.0154	ACEITES MINERAL, PARA USO EXTERNO.	ENV250ML.	1,211	56	34	56
5	060.040.0121	AGUJA PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE. TIPO: OSGOOD. LONGITUD: 3.3 CM, CALIBRE: 18 G.	PIEZA	150	7	4	7
6	060.040.9049	AGUJA PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE, TIPO OSGOOD, LONGITUD 3.3 CM, CALIBRE 16 G.	PIEZA	57	3	2	3
7	060.058.0153	ALGODONES EN LÁMINAS, ENROLLADO O PLISADO.	PAQUETE CON 300 GM	15,915	734	441	734



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
8	060.066.0003	SOLUCION ESPUMA ANTIMICROBIANA CON CHG DEL 2%, SISTEMA BOMBA DE MANO, PARA EL LAVADO DE MANOS QUIRURGICO Y MEDICO, DE ACCION ANTISEPTICA INMEDIATA, ENVASADO EN UN SISTEMA DISPENSADOR, BOTELLA DE 32 ONZAS (946 ML).	ENVASE CON 36 ONZAS	7,243	334	201	334
9	060.066.0062	JABONES PARA USO PREQUIRURGICO. LIQUIDO Y NEUTRO (PH 7).	ENVASE CON 3.8 LTO.	13,818	638	383	638
10	060.066.0128	DETERGENTE MULTIENZIMATICO NO IONICO, PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIEURGICO O EN LAVADORA ULTRASONICA, CON ALCOHOL ISOPROPILICO A BASE DE ENZIMAS AMILASA, LIPASA, PROTEASA Y CARBOHIDRASA, CON PH NEUTRO QUE NO DAÑA METAL, PLASTICO GOMA.	Envase de 4 litros	2,495	115	69	115
11	060.066.0658	ANTISEPTICOS. IODOPOVIDONA, ESPUMA, CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G EQUIVALENTE A 0.8 G DE YODO.	FCO3.5LTO	2,132	98	59	98
12	060.066.0773	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO.	ENVASE CON 20 LITROS	5,841	270	162	270
13	060.066.0872	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, LAPAROSCÓPICO Y EQUIPO MÉDICO, A BASE DE ENZIMAS PROTEASA 8%, AMILASA 6.67%, LIPASA 8.00%, CARBOHIDRASA 4.67%, Y CON SISTEMA APA (ACCIÓN PROTEOLICA AVANZADA), CONTIENE ALCOHOL ISOPROPILICO 10.00%. PH NEUTRO QUE ASEGURA EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS, 100% BIODEGRADABLE.	ENVASE CON 4 LITROS	5,732	264	159	264
14	060.066.5555	DETERGENTE ENZIMÁTICO DESINCRUSTANTE LÍQUIDO CONCENTRADO. CONTIENE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS QUE DEGRADA MATERIA ORGÁNICA PARA SUMERGIR EL MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO DE MANERA MANUAL O EN MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LIMPIEZA. ENVASE CON 5 LITROS	pieza	1,347	62	37	62
16	060.088.0017	APOSITO CUADRADO, SUAJADO CON BORDES REFORZADOS, VENTANA TRANSPARENTE, MARCO DE APLICACIÓN, 2 CINTAS ESTÉRILES DE TELA NO TEJIDA, ETIQUETA DE REGISTRO Y LIBRE DE LÁTEX, MEDIDAS DE 7 CM X 8.5 CON HENDIDURA QUE SE ADAPTA AL CATÉTER.	ENVASE CON 50 PIEZAS	12,143	560	336	560
17	060.088.0234	APOSITO VERAFL0 MEDIANO, PARA INSTILACION DE TERAPIA POR PRESION NEGATIVA ULTA, ESPONJA DE ESTER DE POLIURETANO, NEGRO, CONTIENE 2 HOJAS DE CON CORTE EN ESPIRAL, LAMINA ADHESIVA, 1 CONECTOR VERATRAC DE DOBLE LUMEN Y UNA PELICULADE BARRERA NO IRRITANTE.	KIT	375	17	10	17
18	060.088.0236	APOSITO VERAFL0 CLEANSE PARA INSTILACION DE TERAPIA POR PRESION NEGATIVA ULTA, ESPONJA DE ESTER DE POLIURETANO, GRIS, CONTIENE 1 ESPUMA EN FORMA TUBULAR, PRECORTADA AL CENTRO DE 330 X 660 MM, LAMINA ADHESIVA, 1 CONECTOR VERATRAC DE	KIT	506	23	14	23



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		DOBLE LUMEN Y UNA PELICULA DE BARRERA NO IRRITANTE.					
19	060.088.0384	HIDROGEL TRANSPARENTE CON ESTRUCTURA AMORFO HIDROACTIVO QUE CONTIENE 70% DE AGUA DESTILADA , 25% PROPILENGLICOL , 3% DE ALGINATO DE SODIO, PRODUCTO ESTÉRIL EMPACADO EN AMPOLLETAS DE POLIETILENO BLANCO CON ACORDEÓN Y TAPON ROJO., MEDIDA 25 G.	caja con 6 piezas	400	18	11	18
20	060.088.0504	APÓSITOS CON PETROLATO, DE 10 X 10 CM, ENVASE INDIVIDUAL.	PIEZA	1,355	63	38	63
21	060.088.0660	APOSITOS HIDROCOLOIDES, CON BORDES AUTOADHERIBLES, CON O SIN CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO O CLORURO DE POLIVINILO, CON GROSOR MÍNIMO DE 2 MM. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15.0 CM +- 3.0 CM X 16.0 CM +- 4.0 CM.	PIEZA	2,168	100	60	100
22	060.088.0678	APOSITOS HIDROCOLOIDES PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTERIL, TAMAÑO:DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM	PIEZA	2,812	130	78	130
23	060.088.0686	APOSITOS ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL.TAMAÑO:DE 9.0 CM +- 2.0 CM X 10.0 CM +- 2.0 CM.	PIEZA	2,667	123	74	123
24	060.088.0694	APOSITOS ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL, ESTERIL, TAMAÑO: DE 10.0 CM ? 2.0 CM X 20.0 CM ? 2.0 CM.	PIEZA	1,543	71	43	71
25	060.088.0702	APÓSITOS EN FORMA DE MECHA, COMPUESTOS POR FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL, ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 30 CM 0.5 CM (2 G). PIEZA	PIEZA	1,995	92	55	92
26	060.088.0728	APÓSITO DE NYLON TRENZADO Y SELLADO AL CALOR QUE CONTIENE UN TEJIDO DE CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO CON PLATA. 10.5 X 19 CM.	PIEZA	2,691	124	74	124
27	060.088.0843	APÓSITO APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 7.5 X 7.5 CM. PIEZA.	PIEZA	4,257	196	118	196
28	060.088.0850	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 12.5 X 12.5 CM. PIEZA.	PIEZA	4,277	197	118	197
29	060.088.0868	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 22.0 X 22.0 CM. PIEZA.	PIEZA	3,778	174	105	174
30	060.088.0876	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 X 10 CM.	PIEZA	3,541	163	98	163
31	060.088.0884	APÓSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 15.0 X 15.0 CM.	PIEZA	1,462	67	40	67
32	060.088.0892	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL SACRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	3,664	169	101	169
33	060.088.0900	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO , SIN ADHESIVO, PARA EL TALON. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	3,544	164	98	164



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
34	060.088.0975	APÓSITO DE MALLA FINA (44X36), IMPREGNADA CON PETROLATO BLANCO (VASELINA) Y TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%. ESTÉRIL. MEDIDA 10 X 10 CM	Envase con 12 piezas	633	29	18	29
35	060.088.1018	CAPA DE CONTACTO TRANSPARENTE POLIETILENO NO TRAUMÁTICA DE ESTRUCTURA MALLADA CON ADHESIVO DE SUAVE SILICONA, FLEXIBLE, AUTOADHERENTE EN UNA SOLA CARA, HIPOALERGÉNICO, SELLA LOS BORDES DE LA HERIDA, EVITANDO ASÍ QUE EL EXUDADO SE FILTRE HACIA LA PIEL CIRCUNDANTE Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE MACERACIÓN TAMAÑO 10 X 18 CM	Caja con 10 piezas	818	38	23	38
36	060.088.1818	APÓSITO DE ESPONJA CON BORDES ADHERENTES, TODO EN UNO, CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, EN FORMA DE CORAZÓN, QUE SE ADAPTA DE MANERA ANATÓMICA A LA ZONA SACRAL CONSISTE EN UNA PELÍCULA DE POLIURETANO COLOR CREMA TRASLUCIENTE PERMEABLE AL VAPOR E IMPERMEABLE AL AGUA, BARRERA FRENTE A VIRUS Y BACTERIAS, CONTIENE ADEMÁS 4 CAPAS ADICIONALES QUE INCLUYEN: 1 ALMOHADILLA ABSORBENTE DE TRES DIFERENTES TIPOS DE FIBRAS: FIBRAS DE POLIACRILATO SÚPER ABSORBENTES, FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS INTEGRADAS, 2 CAPA NO TEJIDA HECHA DE POLIÉSTER VISCOSO. 3 ESPONJA DE POLIURETANO Y 4. CAPA DE CONTACTO DE SILICONA, TIEMPO DE USO 7 DÍAS, TAMAÑO 18 X 18CM	Caja con 5 piezas	831	38	23	38
37	060.088.2020	APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBENTE CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (AG2S04) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE DE UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFILICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2MG/CM2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. TAMAÑO 20X20 CM.	Caja con 5 piezas	698	32	19	32
38	060.088.2050	APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBENTE CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (AG2S04) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE DE UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFILICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2MG/CM2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO	caja con 2 piezas	1,129	52	31	52



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. TAMAÑO 20X50 CM.					
39	060.088.2515	AÓSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA GRANDE. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO,GRIS,HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 ESPONJA DE 25.6 CM X 15 CM X3.2 CM, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LÁMINAS ADHESIVAS.	KIT	1,551	72	43	72
40	060.110.0300	BOLSAS DE REANIMACIÓN REUSABLE TAMAÑO NEONATAL, DE SILICÓN, CORRUGADA EN TODA SU SUPERFICIE, AUTOINFLABLE Y DESARMABLE TOTALMENTE PARA SU LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GLUTARALDEHIDO, VÁLVULA DE RE INHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA, ESTERILIZABLE CON CONEXIÓN PARA OXÍGENO, CONECTOR PARA PACIENTE DE 15/22 ML Y PARA AIRE DE 6 MM, RESISTENCIA INSPIRATORIA MÁXIMA DE 2.9 CM DE AGUA POR SEGUNDO A 60 LITROS POR MINUTO, VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN DESARMABLE Y CALIBRADA A 40 CM DE AGUA, MASCARILLA TRANSPARENTE REUSABLE, INFLABLE Y ESTERILIZABLE, CON COLCHÓN EN TODO EL BORDE, EN TRES TAMAÑOS NÚMERO 00 PARA PREMATURO, 0 NEONATAL Y 1 LACTANTE. RESERVORIO DE OXIGENO CON CAPACIDAD 2500 ML Y BOLSA DE 300 ML O MENOR.	PIEZA	2,457	113	68	113
41	060.110.0500	BOLSAS DE REANIMACIÓN REUSABLE, TAMAÑO PEDIÁTRICA, DE SILICÓN, CORRUGADA EN TODA SU SUPERFICIE, AUTOINFLABLE Y DESARMABLE TOTALMENTE PARA SU LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GLUTARALDEHIDO, VÁLVULA DE REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA, ESTERILIZABLE CON CONEXIÓN PARA OXÍGENO, CONECTOR PARA PACIENTE DE 15/22 ML Y PARA AIRE DE 6 MM, RESISTENCIA INSPIRATORIA MÁXIMA DE 2.9 CM DE AGUA POR SEGUNDO A 60 LITROS POR MINUTO Y RESISTENCIA ESPIRATORIA MÁXIMA DE 2.9 CM DE AGUA POR SEGUNDO A 60 LITROS POR MINUTO, VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN DESARMABLE Y CALIBRADA A40 CM DE AGUA, MASCARILLA TRANSPARENTE REUSABLE, INFLABLE Y ESTERILIZABLE CON COLCHÓN EN TODO EL BORDE, EN TRES TAMAÑOS NÚMERO 1 PARA LACTANTE, 2 PREESCOLAR Y 3 ESCOLAR. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD2500 ML Y BOLSA DE 500 O MAYOR.	PIEZA	1,144	53	32	53
42	060.110.1500	BOLSAS DE REANIMACIÓN REUSABLE TAMAÑO ADULTO DE SILICÓN, CORRUGADA EN TODA SU SUPERFICIE AUTOINFLABLE Y DESARMABLE TOTALMENTE PARA SU LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GLUTARALDEHIDO, VÁLVULA DE REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA, CON CONEXIÓN PARA OXÍGENO, CONECTOR PARA PACIENTE DE	PIEZA	6,663	307	184	307



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		15/22 ML. Y PARA AIRE DE 6 MM, RESISTENCIA INSPIRATORIA MÁXIMA DE 2.9 CM DE AGUA POR SEGUNDO A 60 LITROS POR MINUTO Y RESISTENCIA ESPIRATORIA MÁXIMA DE 2.9 CM DE AGUA POR SEGUNDO A 60 LITROS POR MINUTO, VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN DESARMABLE Y CALIBRADA A 40 CM DE AGUA MASCARILLA TRANSPARENTE REUSABLE, INFLABLE Y ESTERILIZABLE CON COLCHÓN EN TODO EL BORDE, EN DOS TAMAÑOS NÚMERO 4 Y 5, RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD 2500 O MAYOR Y BOLSA DE 1500 O MAYOR.					
43	060.125.0011	BOLSA PARA UROSTOMIA 375 ML, PARA EL SISTEMA COLECTOR DE 2 PIEZAS, TRANSPARENTE, CON ARO MOVIL Y CLIC AUDIBLE DE SEGURIDAD PARA ENSAMBLE DE 60 MM, CON TELA NO TEJIDA DE POLIESTER EN CARA POSTERIOR, CON VALVULA ANTIRREFLUJO Y PIVOTE CORRUGADO DE PLASTICO QUE EVITA FUGAS Y PERMITE SALIDA DE ORINA	PIEZA	1,295	60	36	60
44	060.125.0582	BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA, TAMANO ADULTO. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 A 60 MM. LA CARA IINTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL.	PZA10PZA	3,481	161	96	161
45	060.125.0585	BOLSA DE 2 PIEZAS PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA ADULTO, DRENABLE, TRANSPARENTE, CONFORMADA POR 4 CAPAS DE PLASTICO CLORURO DE POLIETILENO TRATADO, ESTIRENO ACETATO DE VINILO, POLIVINILO DICLORURO, ANTI OLOR, ETILENO ACETATO DE VINILO, CON ARO MOVIL Y CLIC AUDIBLE DE SEGURIDAD DE ENSAMBLE DE 60 MM, CON TELA NO TEJIDA DE POLIESTER EN CARA INTERNA, CON PINZA ADHERIBLE PARA CIERRE	PIEZA	1,829	84	51	84
46	060.125.0590	BOLSA PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. EQUIPO COMPUESTO DE: CUATRO BOLSAS DE PLÁSTICO, GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM DE ANCHO Y DE LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITA INSERTAR UN CINTURÓN ELÁSTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERÁ TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A LA BASE DE CARBOXIMETIL-	Equipo	748	35	21	35



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		CELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE 55 A 70 MM DE DIÁMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA ESTOMA GUÍA QUE PERMITA ABRIRLO CON 25MM HASTA 60MM, SEGÚN EL DIÁMETRO DEL ARO DE ENSAMBLE CORRESPONDIENTE.					
47	060.125.2877	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS 18.0 X 33.0 X 6.0 CM (N° 12).	ENVASE CON 1000 PIEZAS	1,076	50	30	50
48	060.130.0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE.	PAR	762,511	35,182	21,109	35,182
49	060.130.0054	BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO.	PIEZA	169,908	7,840	4,704	7,840
51	060.155.0015	CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN SIN IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; DE POLIÉSTER O POLIURETANO TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLES HIPOALERGÉNICO. MEDIDAS 45 A 60 CM X 50 A 90 CM SE INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS.	ENVASE CON 10 PIEZAS	883	41	24	41
52	060.164.0048	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE 22 FR.	PIEZA	1,379	64	38	64
53	060.166.0023	SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CATERER VENOSO CENTRAL DE DOBLE Y/O TRIPLE LUMEN, TAMAÑO ADULTO, FABRICADO DE MATERIAL TRANSPIRABLE, ANATÓMICO, ERGONÓMICO, HIPOALERGÉNICO, AUTOHADERIBLE, LIBRE DE LATEX, CON SISTEMA PARA SEPARAR LOS LUMENES CON PAD PARA PROTECCIÓN DE PIEL	PIEZA	15,080	696	417	696
54	060.166.0455	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 4FR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, (18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.67 ML. CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCUTOR DE 4.5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCUTOR EZ DE 4.5FR CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1272 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE	PIEZA	657	30	18	30



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		CONTRASTE 5ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1048 KPA (152 PSI) PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 1524 KPA (221 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1448 A 1703 KPA (210 - 247 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP					
55	060.166.0555	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 5FR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, (18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.66 ML. CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUTOR DE 4.5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUTOR EZ DE 5FR, 7 CM DE LONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1185 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1076 KPA (156 PSI). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 2186 KPA (317 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 2165 A 2289 KPA (314 - 332 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP	PIEZA	1,405	65	39	65
56	060.166.0655	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 6FR. 55CM DE LARGO, TRIPLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES(17G,19,G,19G),VOLUMEN DE CEBADO 0.76/0.47/0.47ML. CON 3 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR PARA CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUTOR DE 6FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUTOR EZ DE 6FR X 7 CMS DE LONGITUD, CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, BISTURÍ DE SEGURIDAD. AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1163/275/275 ML/HR. CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE	PIEZA	877	40	24	40



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		MEDIO DE CONTRASTE 5 ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 800 KPA (116 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1255 A 1441 KPA (182 - 209 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP.					
57	060.166.1264	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 2 VÍAS, EXTRA-FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y DE BAJO VOLUMEN MUERTO.VÍA 1 Y 2: DIAM. INT. 1.5 MM, DIAM EXT. 2.50 MM, LONG. 10 CM, VOL. MUERTO 0.30 ML, FLUJO 170 CON BIONECTOR EN CADA VÍA Y CLAMPS DE SEGURIDAD	PIEZA	95,061	4,386	2,632	4,386
58	060.166.1364	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 3 VÍAS, EXTRA FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y DE BAJO VOLUMEN MUERTO VÍA 1, 2 Y 3: DIAM. INT. 1.5MM, DIAM. EXT. 2.50MM LONG. 10 CM, VOL. MUERTO 0.30 ML, FLUJO170 CON BIOCONECTOR EN CADA VIA Y CLAMPS DE SEGURIDAD	PIEZA	117,723	5,432	3,259	5,432
59	060.166.1523	CATÉTERES URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIO PACO, LONGITUD:24 CM CALIBRE:5 FR. (REPUESTO DE LA CLAVE 060.345.0586 DEL CATÁLOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN).	PIEZA	186	9	5	9
60	060.166.2390	CONECTOR ESTÉRIL DESECHABLE DE AUTO SELLADO POLIVALENTE, LONGITUD 23.90 MM, PARA PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCIÓN DE FLUIDOS SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK Y OTRA DE RESORTE ANTICONTAMINACIÓN QUE CANCELE ESPACIOS SIN USO, DIÁMETRO INTERNO 16 GA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, VOLUMEN MUERTO 0.02 ML, FLUJO 170 ML/MIN.	PIEZA	25,963	1,198	719	1,198
61	060.166.3347	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE:14 FR	PIEZA	15,768	728	437	728
62	060.167.0000	CATÉTER NEONATAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO CON PUNTAS NAALES SUAVES LARGO 2.10 MTS	PIEZA	16,476	760	456	760
63	060.167.0001	PUNTAS NAALES PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, DE DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PEDIÁTRICO.	PIEZA	18,499	854	512	854
65	060.167.2001	CATÉTER PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON CÁNULA NASAL DE SILICÓN CON TUBO PROLONGADOR DE PVC DE 150 CM. CON INTERIOR EN TRÉBOL PARA IMPEDIR SU ACODAMIENTO, DIÁMETRO EXTERNO 2.00 MM, DIÁMETRO INTERNO 1.30 MM	PIEZA	6,387	295	177	295
67	060.167.3346	CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO:	PIEZA	9,327	430	258	430



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 5. LONGITUD: 100 MM.					
68	060.167.3437	CATÉTER PARA EMBOLECTOMÍA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. MODELO FOGARTY, LONGITUD 80 CM, CALIBRE 7 FR.	PIEZA	143	7	4	7
69	060.167.3726	CANULAS PARA DRENAJE TORÁCICO. CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 45 CM, CALIBRE 28 FR	PIEZA	2,243	103	62	103
70	060.167.5003	CATÉTER MULTICATH SELDINGER PEDIÁTRICO DOBLE VIA 3 FR INTRAVENOSO DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE Y RADIO PACO, CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y 2 EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES AGUJA O CATÉTER CORTO PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA DE PUNCIÓN DIÁMETRO EXTERNO .0,8 MM G-22, CATÉTER CORTO G22, GUÍA METÁLICA RECTA, DILATADOR, TAPÓN CON MEMBRANA, JERINGA DE DE 5 ML, BISTURÍ, LA LONGITUD DEL CATÉTER 10 CM, DIÁMETRO EXTERNO 1.0 MM, VÍAS DISTAL 22 G, PROXIMAL 22 G, GUÍA RECTA DE NITINOL LONGITUD 50 CM, DIÁMETRO 0.30 MM CON UN DILATADOR	PIEZA	408	19	11	19
71	060.167.8782	CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE (TITANIO) CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA, ESTÉRIL DESECHABLE CALIBRE 5 FR	PIEZA	35	2	1	2
72	060.167.BK01	BALON DE BAKRI, CONSTA DE: CATETER DE BALON DE 24 FR, LONGITUD DE 54 CM, LUZ INTERIOR CON ORIFICIOS LATERALES DISTALES. CAPACIDAD MAXIMA DE 500 ML.	PIEZA	508	23	14	23
73	060.167.0012	SONDA PARA NASOYEYUNAL DE 12 FR PARA ALIMENTACIÓN, DE CLORURO DE POLIVINILO, DESECHABLE.	PIEZA	555	26	15	26
74	060.168.0014	SONDA PARA NASOYEYUNAL DE 14 FR PARA ALIMENTACIÓN, DE CLORURO DE POLIVINILO, DESECHABLE.	PIEZA	628	29	17	29
75	060.168.0089	CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE 14G	ENVASE CON 50 PIEZAS	183	8	5	8
76	060.168.0091	CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE 18G	ENVASE CON 50 PIEZAS	813	38	23	38
77	060.168.0092	CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE 20G	ENVASE CON 50 PIEZAS	819	38	23	38
78	060.168.0093	CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE 22G	ENVASE CON 50 PIEZAS	331	15	9	15
79	060.168.0094	CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE 24G	ENVASE CON 50 PIEZAS	452	21	13	21
80	060.168.0515	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, DE POLIURETANO.	PIEZA	846	39	23	39



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO. CONTIENE: CATETER CALIBRE 18 G DE 60 A 70 CM DE LONGITUD Y AGUJA CALIBRE 16 G DE 3.5 A 6.5 CM DE LONGITUD, DE PARED DELGADA, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCISIS LUER LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE.					
81	060.168.1000	GASTROINTESTINALES DESECHABLES Y CON MARCA RADIOPACA. TIPO: LEVIN. CALIBRE: 10 FR.	PIEZA	1,736	80	48	80
82	060.168.2252	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO 8.5. CALIBRE 34 FR	PIEZA	4,945	228	137	228
83	060.168.9243	SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMANO. PREMATRURUS LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 5 FR.	PIEZA	91,005	4,199	2,519	4,199
84	060.168.9599	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, ESTÉRILES Y DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. MODELO FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE 8 FR.	PIEZA	922	43	26	43
85	060.168.9870	SONDAS PARA ESOFAGO. DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD. 100 CM CALIBRE. 18 FR.	PZA1PZA	856	39	24	39
86	060.168.9888	SONDAS PARA ESÓFAGO. DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX. MODELO SENGSTAKEN (BLAKEMORE). LONGITUD 100 CM. CALIBRE 21 FR	PIEZA	392	18	11	18
87	060.168.9896	SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 14 FR.	PIEZA	12,783	590	354	590
88	060.203.0001	DISPOSITIVO DESECHABLE DE FIJACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL FLEXIBLE COMPUESTO DE BARRERA FLEXTEND CON CARBIXIMETILCELULOSA SÓDICA, GELATINA Y PECTINA, FLEXIBLE, PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN Y MINIMIZA LA PRESIÓN EN EL LABIO SUPERIOR, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, CON RIEL QUE PERMITE DESPLAZAR EL TUBO DISMINUYENDO EL RIESGO DE EXTUBACIÓN, PARA SUJETAR TUBOS DE 5 MM A 10 MM, BANDA SUJETADORA DE VELCRO CON EXTREMOS ADHERIBLES QUE RODEA EL CUELLO DEL PACIENTE, LAVABLE. LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL.	PIEZA	13,837	638	383	638
89	060.203.0133	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICO, SULFATO DE CALCIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHDRATADO GRADO MEDICO, PARA MEZCLAR CON HASTA TRES	KIT	753	35	21	35



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 5 CC					
90	060.203.0134	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICO, SULFATO DE CALCIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHDATADO GRADO MEDICO, PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 10 CC	KIT	329	15	9	15
91	060.203.0135	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO. RELANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 5CC	KIT	584	27	16	27
92	060.203.0136	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO. RELANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 10CC	KIT	494	23	14	23
93	060.203.0207	CINTAS TESTIGO DE 18 MM DE ANCHO X 50 M DE LARGO PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION.	ROLLO	21,638	998	599	998
94	060.203.0311	SISTEMA DE FIJACIÓN FLEXIBLE (SIN PARTE RÍGIDAS) CONFORTABLE PARA CVC Y PICC, HIPO ALERGÉNICO Y EXTRA DELGADO QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN, SELLO EN VELCRO GRADO MÉDICO Y ADHESIVO INTERNO PARA ESTABILIZACIÓN DEL CATÉTER O EXTENSIÓN: PARA SONDAS FOLEY DE 12 A 30 FR	PIEZA	13,376	617	370	617
95	060.203.0313	SISTEMA DE FIJACIÓN FLEXIBLE (SIN PARTE RÍGIDAS) CONFORTABLE PARA CVC Y PICC, HIPO ALERGÉNICO Y EXTRA DELGADO QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN, SELLO EN VELCRO GRADO MÉDICO Y ADHESIVO INTERNO PARA ESTABILIZACIÓN DEL CATÉTER O EXTENSIÓN: PARA CATÉTERES ARROW PICC & CVC (UNIVERSAL)	PIEZA	5,554	256	154	256
96	060.203.0315	SISTEMA DE FIJACIÓN FLEXIBLE (SIN PARTE RÍGIDAS) CONFORTABLE PARA CVC Y PICC, HIPO ALERGÉNICO Y EXTRA DELGADO QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN, SELLO EN VELCRO GRADO MÉDICO Y ADHESIVO INTERNO PARA ESTABILIZACIÓN DEL CATÉTER O EXTENSIÓN: PARA EXTENSIONES Y TUBOS DE 1.5 A 4.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	8,736	403	242	403
97	060.203.0363	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 5.00 CM.	CAJA CON 6 ROLLOS	4,797	221	133	221
98	060.203.0397	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD. 10 M ANCHO. 2.50 CM.	CAJA CON 12 ROLLOS	3,516	162	97	162



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
99	060.215.0001	MARCADOR QUIRÚRGICO DE PIEL, DISPOSITIVO MÉDICO USADO PARA MARCAR LA PIEL DEL PACIENTE, SITIOS DE INCISIÓN O SITIOS ANATÓMICOS, ESTÉRIL, INCLUYE UNA REGLA GRADUADA PARA FACILITAR LA MARCACIÓN	Pieza	5,339	246	148	246
100	060.218.0237	CASSETTE VERALINK PARA INSTILACION DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA VACULTA, CONTIENE 1 CASSETTEDESECHABLE DE PLASTICO, CON ESPIGA INTEGRADA PARA SOLUCIONES.	PIEZA	1,014	47	28	47
101	060.231.0001	BATA PARA PACIENTE, MANGA ABOMBADA, ESPALDA TOTALMENTE ABIERTA POR EL CENTRO, CON UN PAR DE CINTAS PARA EL CIERRE DE LA MISMA, CUELLO REDONDO, LARGO TOTAL DE LA BATA 142 X 137 CM, DE TELA NO TEJIDA SMS 100%, POLIPROPILENO DE 50 GMS, NO ESTÉRIL.	PIEZA	937,573	43,260	25,956	43,260
102	060.231.0609	ROPA QUIRURGICA. PAQUETE PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: DOS BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMANO GRANDE; CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 +/- 10 CM X 90 +/- 10 CM; DOS PIERNERAS DE 100 +/- 10 CM X 110 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM. DOS TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +/- 5 CM X 40 +/- 5 CM.	BBULTO O PAQUETE	32,508	1,500	900	1,500
103	060.231.0666	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: MEDIANO.	PIEZA	314,193	14,497	8,698	14,497
104	060.233.0001	CONECTOR TRAC CON DRAPE, PARA TERAPIA POR 1 TUBO PRESIÓN NEGATIVA. CONTIENE UNA LÁMINA ADHESIVA Y CONECTOR SENSATRAC.	KIT	1,170	54	32	54
105	060.233.0011	CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO.	PIEZA	112,358	5,184	3,111	5,184
106	060.233.0037	CONECTORES DE DOS VIAS EN ( Y). DE PLASTICO, DESECHABLE.	PIEZA	13,250	611	367	611
107	060.233.0052	CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. GRUESO.	PIEZA	81,674	3,768	2,261	3,768
108	060.233.0235	CONECTORES DE TITANIO LUER LOCK. PARA AJUSTAR LA PUNTA DEL CATÉTER A LA LÍNEA DE TRANSFERENCIA. TIPO TENCKHOFF.	PIEZA	6,377	294	177	294
109	060.234.0500	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, DE 500 ML, CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS.	PIEZA	2,178	100	60	100
110	060.234.1000	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, DE 1000 ML, CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS.	PIEZA	3,925	181	109	181
111	060.314.0220	DRENAJE TORÁCICO PEDIÁTRICO DE SUCCIÓN HÚMEDA CON SELLO DE AGUA,	Caja con 6 piezas.	131	6	4	6



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		SISTEMA CON VALPP (VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA). SOBRE +2CMH2O). LIBERACIÓN CONTROLADA SISTEMA VLAAN (VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AUTOMÁTICA ALTA NEGATIVIDAD).					
113	060.330.0001	ELECTRODOS DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO, DESECHABLE, CON PASTA CONDUCTIVA. (PEDIÁTRICO)	PIEZA	173,828	8,020	4,812	8,020
114	060.330.0054	ELECTRODO DE BROCHE, PARA MONITOREO CONTINUO, DESECHA-BLE, CON PASTA CONDUCTIVA.	PIEZA	514,537	23,741	14,244	23,741
117	060.345.0001	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRAR NUTRICIÓN PARENTERAL LIBRE DE DEHP, DE PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CON BAYONETA, CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA Y PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	PIEZA	30,360	1,401	840	1,401
118	060.345.0002	FILTRO DE PLÁSTICO DESECHABLE Y HUMIDIFICADOR IGROSCÓPICO PARA USO EN LÍNEA ENTRE PACIENTE Y CIRCUITO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO	PIEZA	22,650	1,045	627	1,045
119	060.345.0003	FILTRO DE PLASTICO DESECHABLE HIGROSCOPICO PARA VENTILADOR AUTOMATICO	PIEZA	15,818	730	438	730
121	060.345.0100	EQUIPOS DE LÍNEA CORTA DE TRANSFERENCIA DE 6 MESES DE DURACIÓN, CON CIERRE AUTOMÁTICO A UN CONECTOR LUER LOCK Y EN SU EXTREMO DISTAL INCLUYE EN EL TAPO LA SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA, ELIMINANDO LA APLICACIÓN DE SUSTANCIAS TOXICAS PARA LA MEMBRANA PERITONEAL.	Equipo	726	33	20	33
122	060.345.1042	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	5,476	253	152	253
123	060.345.1352	EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), DE 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 50 ML.	EQUIPO	57,203	2,639	1,584	2,639



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE.					
124	060.345.2012	EQUIPOS. DE LINEA CORTA DE TRANSFERENCIA DE 6 MESES DE DURACION, PARA UNIRSE AL CONECTOR CORRESPONDIENTE AL CATETER DEL PACIENTE. ESTERIL Y DESECHABLE. LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO.	EQUIPO	3,519	162	97	162
125	060.345.3135	SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONSTA DE: UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	8,922	412	247	412
126	060.345.4281	EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL / SUBDURAL PARA PACIENTES OBESOS, CONSTA DE: 1 AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17G, LONGITUD 12.7 CM. 1 AGUJA WHITACRE 27G (PUNTA DE LÁPIZ) PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO PARA PACIENTES OBESOS CON DEPÓSITO EN PABELLÓN DE 0.2 ML. PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO LONGITUD 15.1 A 15.5 CM. 1 SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS, CONSTA DE: UN CONECTOR LUER PARA APLICAR ANESTÉSICOS. UN CONECTOR CON ACTUADOR DESLIZABLE PARA INTRODUCIR Y OPRIMIR EL CATÉTER. UNA LÁMINA FILTRANTE DE 0.2 MICRAS. UN TAPÓN LUER MACHO. 1 CATÉTER EPIDURAL PARA PACIENTES OBESOS, CALIBRE 19G, LONGITUD 900 A 1050 MM, RADIOPACO, PUNTA ROMA, ORIFICIOS LATERALES Y ADAPTADOR LUER MACHO. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 20 ML. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 10 ML. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 5 ML. 1 LOCALIZADOR DE ESPACIO EPIDURAL EL CUAL CONSTA DE: UN CUERPO PRINCIPAL CON UN CONECTOR PARA ACOPLAR UNA AGUJA ESPINAL. UN SISTEMA DETECTOR DE PÉRDIDA O CAÍDA DE PRESIÓN EN EL ESPACIO EPIDURAL. UNA SEÑAL LUMINOSA	EQUIPO	1,659	77	46	77



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		INDICADORA DE DETECCIÓN DEL ESPACIO EPIDURAL. 1 AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 18G X 38 MM. 1 AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 21G X 38 MM. 1 AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 25G X 16 MM. 4 GASAS SECAS, DE 10 CM DE LARGO, POR 10 CM DE ANCHO. 1 SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA, 40 ML. 1 CHAROLA PARA ANTISÉPTICO. 3 APLICADORES. 1 CAMPO HENDIDO, DE 66 CM DE ANCHO, POR 75 CM DE LARGO, CON ORIFICIO DE 10 CM DE DIÁMETRO. 1 CAMPO TRABAJO, DE 50 CM DE ANCHO, POR 66 CM DE LARGO. 1 PORTASUJETADOR FILTRANTE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON CINTA ADHESIVA EN CARA EXTERNA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.					
127	060.345.4299	EQUIPO PARA ANESTESIA GENERAL, CONSTA DE: 1 MASCARILLA PARA ANESTESIA PARA ADULTO CON COLCHÓN INFLABLE. 1 BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 3 LITROS, DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. 1 LLAVE DE TRES VÍAS CON TUBO DE EXTENSIÓN DE 80 CM. 1 CIRCUITO RESPIRATORIO, CONSTA DE: DOS MANGUERAS DE 180 CM. FILTRO DE 0.2 MICRAS. CONEXIÓN "CODO Y" CON SISTEMA DETECTOR DE DESACOPLE, COMPUESTO POR UNA SEÑAL LUMINOSA Y OTRA AUDIBLE QUE INDICA EL DESACOPLE ENTRE LOS CONECTORES DEL "CODO Y" Y LA CÁNULA ENDOTRAQUEAL, EL "CODO Y" CONTIENE UN SELLO INTERNO PARA EVITAR FUGAS ENTRE LOS CONECTORES DEL "CODO Y" Y LA CÁNULA ENDOTRAQUEAL. 5 ELECTRODOS ECG PARA ADULTO CON BROCHE ESTÁNDAR. 1 PAR GUANTES DE LÁTEX MEDIANOS. 1 SUJETADOR DE CÁNULA CON GUÍA PARA SONDA GÁSTRICA CONSTA DE: UNA PIEZA HEMBRA DENTADA PARA RECIBIR UNA PIEZA MACHO DENTADA. UNA PIEZA MACHO DENTADA PARA SOSTENER LA CÁNULA MEDIANTE UN AJUSTE GRADUADO A LA PIEZA HEMBRA. UNA BANDA PARA SOSTENER ALREDEDOR DE LA CABEZA DEL PACIENTE EL SUJETADOR DE CÁNULA. 1 CAMPO TRABAJO, DE 50 X 66 CM. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 20 ML. 3 JERINGAS DE PLÁSTICO 10 ML. 4 AGUJAS HIPODÉRMICAS 21 G X 38 MM. 1 CÁNULA TIPO YANKAUER, ATRAUMÁTICA CON CONTROL. 1 CÁNULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TIPO GUEDEL NO. 4 LONG. 90 MM. 1 HOJA PARA LARINGOSCOPIO MC INTOCH NO. 3, ADULTO, CON ILUMINACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	EQUIPO	6,727	310	186	310
128	060.345.9999	FILTROS BACTERIANOS/VIRALES DE FLUJO PRINCIPAL. FILTRAN 99.999 +% DE BACTERIAS DAÑINAS Y 99.99 +% DE VIRUS.	PIEZA	22,864	1,055	633	1,055
131	060.371.1075	APOSITO BLANCO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, CHICO. ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO, BLANCA, PRE HUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, DE 10 CM X 7.5 CM	PIEZA	2,797	129	77	129
132	060.382.0010	SOLUCIÓN ESTERILIZANTE DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA. SOLUCIÓN AL 100%.	ENVASE 3 LITROS.	2,524	116	70	116

2  
A  
An  
B  
M  
R ✓



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
133	060.426.0046	HUMIDIFICADOR, CON BORBOTEADOR, TAPA CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE 4 A 6 PSI Y CONECTOR CON ROSCA DISS, FRASCO TRANSPARENTE CON MARCA DEL NIVEL MÁXIMO Y MÍNIMO DE AGUA.	PIEZA	5,397	249	149	249
136	060.426.0360	HUMIDIFICADOR CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 360 ML, PARA ENROSCAR A FLUJOMETRO PLARRE FABRICADO EN PLÁSTICO TRANSPARENTE.	PIEZA	7,229	334	200	334
142	060.436.0057	GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN. LARGO 7.5 CM ANCHO 5 CM.	Paquete con 200.	25,812	1,191	715	1,191
143	060.436.0107	GASA SECA CORTADA. DE ALGODÓN, LARGO 10 CM, ANCHO 10 CM.	Paquete con 200.	66,462	3,067	1,840	3,067
144	060.439.0070	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO: MEDIANO. DESECHABLE.	PIEZA	656,877	30,308	18,185	30,308
145	060.456.0318	GUANTES PARA CIRUGIA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 7.	PAR	527,533	24,340	14,604	24,340
146	060.456.0383	GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO CHICO.	Caja con 100 piezas	77,394	3,571	2,143	3,571
147	060.456.0391	GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO.	Caja con 100 piezas	80,605	3,719	2,231	3,719
148	060.456.0409	GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE.	Caja con 100 piezas	55,409	2,557	1,534	2,557
149	060.461.0154	GUATA QUIRURGICA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS. LONGITUD. 5 M ANCHO 10 CM.	ENVASE CON 24 PIEZAS	4,818	222	133	222
150	060.461.0162	GUATA QUIRURGICA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS. LONGITUD. 5 M ANCHO 15 CM.	ENVASE CON 24 PIEZAS	4,376	202	121	202
152	060.483.0778	SIERRAS MANUAL GIGLI. ELABORADA CON 6 HILOS DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO. LONGITUD DE 50 CM ± 2% Y TERMINACIÓN CON BORDES ROMOS.	Pieza	2,589	119	72	119
155	060.506.0564	INJERTO RECTO LISO ADVANTA VS STANDARD WALL 6 MM X 70 CM PTFE VASCULAR GRAFT	PIEZA	6	0	0	0
157	060.506.2736	INJERTO DE EPIDERMIS HUMANA, CULTIVADO IN VITRO, CONGELADO. ESTÉRIL. TAMAÑO: 56CM2.	Pieza	6,560	303	182	303
158	060.506.3783	SUSTITUTO DE PIEL CONFORMADO POR UNA MATRIZ DE DOBLE CAPA: UNA CAPA EXTERNA DE POLISILOXANO Y UNA CAPA INTERNA DE COLÁGENO DE BOVINO Y GLICOAMINOGLICANOS. ESTÉRIL. TAMAÑO: 10 X 25 CM.	Pieza	136	6	4	6
159	060.506.3791	SUSTITUTO DE PIEL CONFORMADO POR UNA MATRIZ DE DOBLE CAPA: UNA CAPA EXTERNA DE POLISILOXANO Y UNA CAPA INTERNA DE COLÁGENO DE BOVINO Y GLICOAMINOGLICANOS. ESTÉRIL. TAMAÑO: 20 X 25 CM.	Pieza	120	6	3	6
160	060.506.7202	INJERTO BIOLÓGICO PARA QUEMADURAS EN PIEL CUTÁNEA ESTÉRIL. TAMAÑO 7 X 20 CM2 CUTÁNEA (OASIS).	PIEZA	1,678	77	46	77



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
161	060.532.0084	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES.	EQUIPO	186,587	8,609	5,165	8,609
162	060.532.0095	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRURGICO, 60 GOTAS X ML, BAYONETA CON FILTRO, CONECTOR LUER LOCK SLIP, 2.4M CON UN SITIO DE INYECCIÓN	Equipo	45,949	2,120	1,272	2,120
163	060.532.0096	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRURGICO, 20 GOTAS X ML, BAYONETA CON FILTRO, CONECTOR LUER LOCK SLIP, 2.4M CON UN SITIO DE INYECCIÓN	Equipo	52,005	2,400	1,440	2,400
164	060.532.0097	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE, 20 GOTAS X ML, BAYONETA SIN FILTRO, CONECTOR LUER LOCK, LONGITUD 3.0M, 2 SITIOS DE INYECCIÓN, FILTRO ANTIHEMÓFILITICO DE 180 MICRAS	Equipo	22,918	1,057	634	1,057
165	060.532.0167	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES.	EQUIPO	596,190	27,508	16,505	27,508
166	060.532.0175	EQUIPOS PARA TRANSFUSION, CON FILTRO, SIN AGUJA.	EQUIPO	53,328	2,461	1,476	2,461
167	060.543.0623	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA, SOBRE CON 10 GRAMOS	caja con 100 sobres	2,360	109	65	109
168	060.543.1160	GEL LUBRICANTE, INCOLORO, TRASLUCIDO, SOLUBLE EN AGUA, PARA PROCESOS DE CISTOSCOPIA E INSERCIÓN DE CATETERES URETRALES CON EFECTO ANESTESICO LOCAL Y ANTISEPTICO, JERINGA PRECARGADA CON 6 ML, PARA MUJER.	PIEZA	2,604	120	72	120
169	060.543.1161	GEL LUBRICANTE, INCOLORO, TRASLUCIDO, SOLUBLE EN AGUA, PARA PROCESOS DE CISTOSCOPIA E INSERCIÓN DE CATETERES URETRALES CON EFECTO ANESTESICO LOCAL Y ANTISEPTICO, JERINGA PRECARGADA CON 11 ML, PARA HOMBRE.	PIEZA	2,685	124	74	124
170	060.550.0438	JERINGAS DE PLASTICO, SIN AGUJA, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, ESTERILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD. 5 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2.	ENVASE CON 100 PIEZAS	11,122	513	308	513
171	060.550.0446	JERINGAS DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK. ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2.	Caja con 100 piezas	43,729	2,018	1,211	2,018
172	060.550.0453	JERINGAS DE PLASTICO, SIN AGUJA, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, ESTERILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD. 20 ML ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0.	ENVASE CON 50 PIEZAS	49,307	2,275	1,365	2,275
173	060.550.0909	JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLES, CAPACIDAD: 60 ML.	PIEZA	771	36	21	36
174	060.550.2186	JERINGA PARA INSULINA, DE PLASTICO GRADO MEDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	1,173,354	54,138	32,483	54,138
175	060.602.0303	MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, VÍA VAGINAL, ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE:INTRODUCTOR, CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA, CON DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS	ENVASE	708	33	20	33



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUCIDOR, ESTÉRIL Y DESECHABLE.					
176	060.602.2025	MALLA SUAVE, DE DOS CAPAS, NO REABSORBIBLE, FORMADA POR UNA CARA MICROPOROSA DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO Y UNA CARA MICROPOROSA DE POLIPROPILENO, FORMA OVALADA O REDONDA, ESTÉRIL TAMAÑO 20 X 25 CM	PIEZA	638	29	18	29
177	060.603.0013	MALLAS DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 X 35 CM X 25 A 35 CM.	PIEZA	517	24	14	24
178	060.603.0071	BARRERA PROTECTORA EN FORMA DE ESPIRAL, QUE COMBINA POLIISOBUTILENO, ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO, ADHERENTES, CARBOXIMETIL CELULOSA SODICA E HIDROCOLOIDES, REDONDA, MAS GRUESA EN EL CENTRO, PLANA RECORTABLE DE 10-55MM CON ARO DE ENSAMBLE DE 60MM CON AROS PARA SUJECION DE CINTURON	PIEZA	810	37	22	37
179	060.621.0009	MASCARILLA PARA OXÍGENO, CON BOLSA DE REINHALACIÓN	PIEZA	26,416	1,219	731	1,219
180	060.621.0037	MASCARILLAS PARA NEBULIZADOR DE AEROSOLES. ADULTO.	Pieza	8,868	409	246	409
182	060.621.0483	MASCARILLA LARINGEA DEL #1.FABRICADA EN SILICONA, TUBO CURVO ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION, LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO, CONECTOR DE 15MM	PIEZA	993	46	27	46
183	060.621.0484	MASCARILLA LARINGEA DEL #2.FABRICADA EN SILICONA, TUBO CURVO, ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION, LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO, CONECTOR DE 15MM	PIEZA	1,028	47	28	47
184	060.621.0488	MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA, DE VINIL TRANSPARENTE, PRESILLA AJUSTABLE, EL CONECTOR GIRA A 360 GRADOS, ADULTO	PIEZA	2,146	99	59	99
185	060.621.0525	CUBREBOCAS DESECHABLE RESPIRADOR PURIFICADOR N95	PIEZA	343,918	15,868	9,521	15,868
186	060.681.0034	PAÑAL DESECHABLE CON FORMA ANATÓMICA, CUBIERTA EXTERNA DE TELA NO TEJIDA HIDROFILICA AJUSTABLE HIPOALERGÉNICO, NÚCLEO ABSORBENTE CENTRALIZADO (POLÍMEROS SÚPER ABSORBENTES), CUBIERTA POROSA, BORDES SELLADOS, ELÁSTICO SUAVE Y MOLDEABLE, BARRERA ANTIESCURRIMIENTO, CINTA ADHESIVA DE CIERRE EN AMBOS LADOS, TRAE ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN UMBILICAL, LATERALES RESPIRABLES Y ELÁSTICO EN LA CINTURA. TAMAÑO CHICO.	PIEZA	46,802	2,159	1,296	2,159
187	060.681.0059	PAÑAL DESECHABLE CON FORMA ANATÓMICA, CUBIERTA EXTERNA IMPERMEABLE DE TELA NO TEJIDA HIDROFILICA AJUSTABLE HIPOALERGÉNICO, NÚCLEO ABSORBENTE CENTRALIZADO (POLÍMEROS SÚPER ABSORBENTE ), CUBIERTA POROSA, BORDES SELLADOS, ELÁSTICO SUAVE Y MOLDEABLE, CINTA ADHESIVA DE CIERRE EN AMBOS LADOS, LATERALES RESPIRABLES, BARRERA ANTI ESCURRIMIENTO. TAMAÑO GRANDE.	PIEZA	80,801	3,728	2,237	3,728



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
188	060.697.0001	SOLUCION VISCOSA (GEL) REABSORBIBLE, TRANSPARENTE, INCOLORA, NO PIROGENA Y ESTERIL, COMPUESTA POR HIALURONATO DE SODIO 0.25% Y CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO 0.5%, PRESENTACION JERINGA PRE LLENADA DE 5 G.	PIEZA	851	39	24	39
191	060.701.0360	PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES. DE HULE. NO 2.	Pieza.	6,243	288	173	288
192	060.711.0046	TESTIGOS CONTROLES BIOLÓGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR.	CAJA CON 100 PIEZAS	784	36	22	36
194	060.717.0005	PINZA DE SUJECION DESECHABLE, PARA EL MANEJO DE EQUIPO DE DIALISIS PERITONEAL	PIEZA	2,073	96	57	96
195	060.740.0026	PROTECTOR CUTÁNEO NO IRRITANTE, COMPUESTO POR: TERPOLÍMERO DE ACRILATO, POLIFENILMETILSILOXANO, HEXAMETIL DISILOXANO E ISOCTANO, LIBRE DE ALCOHOL, DE RÁPIDO SECADO Y NO CITOTÓXICO QUE FORMA UNA PELÍCULA PROTECTORA, TRANSPARENTE SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE, RESISTENTE AL AGUA Y DE LARGA DURACIÓN PRESENTACION: FRASCO ATOMIZADOR CON 28 ML.	Caja con 12 frascos	564	26	16	26
197	060.820.0250	SET CON ADAPTADOR PARA JERINGA, MINIVOLUMÉTRICO PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS EN MICRODOSIS DE VOLUMEN RESIDUAL DE 0.8ML, VOLUMEN DE PURGADO DE 6ML O MENOS, DE 250CM DE LARGO.	PIEZA	16,747	773	464	773
198	060.830.7104	SONDA PARA YEYUNOSTOMÍA DESECHABLE ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO 120 CM DE LONGITUD 14 FR.	Pieza	995	46	28	46
199	060.841.0023	SINTÉTICAS ABSORBIBLES POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 6-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA ¼ DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO ESPATULADA (6-8.73 MM).	Caja con 12 piezas	356	16	10	16
200	060.841.0239	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 60 CM CALIBRE DE SUTURA. 7-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (8-10MM).	Envase con 12 piezas	432	20	12	20
201	060.841.0288	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA, (15-17 MM).	Caja con 12 piezas.	655	30	18	30
202	060.841.0296	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA ¼ CÍRCULO DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM).	Caja con 12 piezas.	680	31	19	31
205	060.841.0486	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM).	ENVASE CON 12 PIEZAS	11,245	519	311	519



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
206	060.841.0510	"SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE ACERO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 5 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, CORTANTE (48 MM)."	Envase con 12 piezas	407	19	11	19
207	060.841.0619	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM).	ENVASE CON 12 PIEZAS	1,502	69	42	69
208	060.841.0718	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75CM. CALIBRE DE LS SUTURA 4-0. SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS.	Caja con 12 piezas.	468	22	13	22
209	060.841.0734	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0. SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS.	ENVASE CON 12 PIEZAS	998	46	28	46
210	060.841.0742	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS.	ENVASE CON 12 PIEZAS	1,144	53	32	53
211	060.841.0767	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS.	ENVASE CON 12 PIEZAS	829	38	23	38
212	060.841.0882	SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM).	ENVASE CON 12 PIEZAS	7,957	367	220	367
213	060.841.0923	SUTURA DE MONOFILAMENTO DENTADO O BARBADO, ABSORBIBLE, FABRICADO A PARTIR DE UN POLIÉSTER SINTÉTICO COMPUESTO POR GLICÓLIDO, DIOXANONA Y CARBONATO DE TRIMETILENO, CALIBRE 2-0, 9" 23 CM, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA ½ CIRCULO DE 27 MM.	Envase con 12 piezas	496	23	14	23
214	060.841.0973	SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA.LONGITUD DE LA HEBRA:67 CM CALIBRE DE LA SUTURA:3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA:3/8 DE CÍRCULO,REVERSO CORTANTE(24 MM).	Envase con 12 piezas.	1,727	80	48	80
215	060.841.1230	SUTURA DE MONOFILAMENTO DENTADO O BARBADO UNIDIRECCIONAL (PARA CIERRE DE HERIDAS SIN NUDOS), NO ABSORBIBLE DE POLIBUTESTER (PBT), CALIBRE 2-0, 12" 30CM, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA ½ CIRCULO DE 26 MM.	Envase con 12 piezas	385	18	11	18
216	060.841.1517	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE, DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA CALIBRE 2-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE ½ CIRCULO (15 A 17 CM).	Envase con 12 piezas	453	21	13	21
217	060.841.1914	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (20 -25 MM).	ENVASE CON 12 PIEZAS	414	19	11	19
218	060.841.1948	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 1	ENVASE CON 12 PIEZAS	1,874	86	52	86



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (35 - 37 MM).					
219	060.841.1955	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 26 MM).	ENVASE CON 12 PIEZAS	752	35	21	35
220	060.841.3017	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE, DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA CALIBRE 3-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (15 A 17 CM).	Envase con 12 piezas	436	20	12	20
221	060.841.3537	SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA. 1-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 MM).	Caja con 12 piezas.	326	15	9	15
222	060.841.4038	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA REDONDA 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA (12-13MM).	Envase con 12 piezas	688	32	19	32
224	060.841.5038	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 5-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA REDONDA 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA (12-13MM).	Envase con 12 piezas	624	29	17	29
225	060.841.5045	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLIMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO INCOLORO TRENZADO, CALIBRE 5-0, LONGITUD DE HEBRA DE 45 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE PRIME 3/8 CIRCULO, DE 13 MM DE LONGITUD.(AGUJA P3, PLÁSTICA)	Envase con 12 piezas.	462	21	13	21
228	060.842.0402	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON- CAPROLACTONA, CON COLOR LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM, CALIBRE 5-0, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (15-17 MM).	Envase con 36 piezas.	381	18	11	18
230	060.869.0103	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 1.25 CM.	ENVASE CON 24 PIEZAS	4,660	215	129	215
231	060.869.0152	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO. 2.50 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	8,456	390	234	390
232	060.879.0001	TERMOMETRO INFRARROJO, PRECISION DE ±0.2 GRADOS CENTIGRADOS, RANGO DE MEDICION: 32° A 43° GRADOS CENTIGRADOS/ 90 A 109.4 FARENHEIT, DISTANCIA PARA TOMA DE TEMPERATURA: 5 A 15 CM	pieza	1,784	82	49	82
233	060.879.0151	OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO	PIEZA	1,042	48	29	48
234	060.894.0052	TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES, CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE. DESECHABLES.	ENVASE CON 100 PIEZAS	10,700	494	296	494
235	060.932.1237	VALVULA PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE PRESION FISIOLÓGICA, DE 5 A 12 MM DE H2O. CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA	Pieza.	81	4	2	4



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL					
236	060.932.2581	VÁLVULAS PARA DERIVACIÓN DE LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE RESORTE, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O. CATÉTER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM. MINIMO DE LONGITUD, CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO ADULTO	Pieza.	36	2	1	2
237	060.932.2599	VÁLVULAS PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE RESORTE, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O. CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD, CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO ADULTO.	Pieza.	178	8	5	8
238	060.932.2805	VALVULAS PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MUY ALTA DE 95 A 125 MM DE H2O. CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 13 CM MÍNIMO DE LONGITUD, CATÉTER PERITONEAL DE 90 CM MÍNIMO DE LONGITUD. TAMAÑO INFANTIL.	Pieza	50	2	1	2
239	060.941.0001	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA PULMONAR, DESECHABLE, CON CABLE DE CALENTADO EN LA RAMA INSPIRATORIA Y TRAMPA DE AGUA EN LA ESPIRATORIA, PARA PACIENTES ADULTOS.	KIT	7,423	342	205	342
240	060.953.0555	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERT ADE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD. 2.75 M ANCHO.10 CM	ENVASE CON 12 PIEZAS	9,072	419	251	419
241	060.953.0571	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD 2.75 M. ANCHO 15 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	9,693	447	268	447
242	060.953.2866	VENDAS ELASTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	23,538	1,086	652	1,086
243	060.CC01.SS01	CASCO CEFÁLICO FABRICADO EN ACRILICO TRANSPARENTE, DE UNA SOLA PIEZA, DE FORMA CIRCULAR, CON PUERTO DE CONEXIÓN A MANGUERA CORRUGADA, CON ACCESOS LATERALES PARA LA MEDICIÓN Y CONTROL DE O2, CON ABERTURA AMPLIA AL FRENTE, DE 15 CM DE DIAMETRO.	Pieza	286	13	8	13
244	060.CC01.SS02	CASCO CEFÁLICO FABRICADO EN ACRILICO TRANSPARENTE, DE UNA SOLA PIEZA, DE FORMA CIRCULAR, CON PUERTO DE CONEXIÓN A MANGUERA CORRUGADA, CON ACCESOS LATERALES PARA LA MEDICIÓN Y CONTROL DE O2, CON ABERTURA AMPLIA AL FRENTE, DE 20 CM DE DIAMETRO.	Pieza	297	14	8	14
245	060.CC01.SS03	CASCO CEFÁLICO FABRICADO EN ACRILICO TRANSPARENTE, DE UNA SOLA PIEZA, DE FORMA CIRCULAR, CON PUERTO DE CONEXIÓN A MANGUERA CORRUGADA, CON ACCESOS LATERALES PARA LA MEDICIÓN Y CONTROL DE O2, CON ABERTURA AMPLIA AL FRENTE, DE 25 CM DE DIAMETRO.	Pieza	509	23	14	23
246	060.CC01.SS04	CASCO CEFALICO PARA ADULTO DESCRIPCION: CASCO CEFÁLICO PARA	Pieza	272	13	8	13



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		INHALOTERAPIA TAMAÑO ADULTO , FABRICADO EN PLEXIGLAS, CON ORIFICIO PARA LA CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE NEBULIZADOR, CON TERMÓMETRO EN TAPA, CON ENTRADA PARA EL ANALIZADOR DE OXIGENO, CON ACCESOS LATERALES PARA LA MEDICIÓN Y CONTROL DE O2, CON ABERTURA AMPLIA AL FRENTE, DE 30 CM DE DIAMETRO. ESPECIALIDAD(ES) UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, INHALOTERAPIA, PEDIATRÍA, URGENCIAS, FUNCIÓN(ES) FACILITAR LA ASISTENCIA VENTILATORIA A PACIENTE ADULTO					
247	060.CP01.SS02	CÓMODO DE PLÁSTICO PARA ADULTO. PIEZA	PIEZA	2,559	118	71	118
248	060.OP01.SS01	ORINAL DE PLÁSTICO PARA ADULTO. PIEZA	PIEZA	4,571	211	127	211
249	060.SCP01.SS01	SISTEMA SISTEMA DE CPAP NASAL , NO.0 HASTA 700 GRS.	Pieza	1,779	82	49	82
250	060.SCP01.SS02	SISTEMA SISTEMA DE CPAP NASAL , NO.1 DE 700GRS A 1,250 GRS.	Pieza	2,161	100	60	100
251	060.SCP01.SS03	SISTEMA SISTEMA DE CPAP NASAL , NO.2 DE 1,250 GRS A 2000 GRS.	Pieza	1,771	82	49	82
252	060.SCP01.SS04	SISTEMA SISTEMA DE CPAP NASAL , NO.3 DE 2000 GRS A 3000 GRS.	Pieza	1,553	72	43	72
253	060.TAAN.SS01	TAPETE ANTIBACTERIAL DE 18"X36", PARA USO HOSPITALARIO EN ÁREAS RESTRINGIDAS CON MÁXIMO CONTROL DE PARTÍCULAS	Caja con 4 paquetes de 30 hojas c/u	811	37	22	37
254	130.258.0434	COLLARÍN TIPO: THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACOJINADO, ELABORADO EN HULE ESPUMA, FORRADO EN ESTOQUINETE, CIERRE DE VELCRO. PEDIÁTRICO.	PIEZA	143	7	4	7
255	130.258.0616	COLLARÍN TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. CHICO.	PIEZA	255	12	7	12
256	130.258.0624	COLLARÍN TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. MEDIANO.	PIEZA	493	23	14	23
257	130.258.0632	COLLARÍN TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA	PIEZA	383	18	11	18



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES CON AJUSTE	MIN	MAX
		ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. GRANDE.					
258	130.258.0640	COLLARÍN TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. EXTRAGRANDE.	PIEZA	190	9	5	9
261	535.399.0051-1	GUIA METÁLICA PARA SONDA ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICA	PIEZA	829	38	23	38

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, Y PARA TAL FIN, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTO TECNOLOGIA E INSUMOS, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: -----

**ISM INNOVA SALUD DE MÉXICO, S.A.P.I DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 4.3 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS. SEGUNDO PÁRRAFO PAGINA 11	CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRA PROPOSICION EN MAS DE UNA CAJA Y/O SOBRE, DERIVADO DE QUE EL CONTENIDO DE INFORMACIÓN QUE CONLLEVA EXCEDE LA CAPACIDAD DE UN PAQUETE, CAJA ETC, LO ANTERIOR SIN SER ESTE UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, SE ACEPTA DEBIDAMENTE EMBALADAS.
2	NUMERAL 4.4.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL. INCISO Q) PAGINA 15	¿EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE EL NUMERAL CORRESPONDIENTE A ESTRATIFICACION MIPYMES, BASTARA INCLUIR EL ANEXO 25 CON LA LEYENDA "NO APLICA"?	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, DEBERA INDICAR LA ESTRATIFICACIÓN DEL LICITANTE PUDIENDO SER GRANDE U OTRA
3	NUMERAL 4.4.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL.	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO REALICE PROPOSICIÓN CONJUNTA,	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

	INCISO R) PAGINA 15	¿BASTARA CON INCLUIR EL ANEXO 28 CON LA LEYENDA "NO APLICA"?	Y SERVICIOS RESPONDE QUE, ES CORRECTO, SOLO EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA SE DEBRA INCLUIR.	2
4	ANEXO TECNICO NUMERAL 4.7.6 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PAGINA 41	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 2 AÑOS	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES	
5	NUMERAL 4.1 PÁGINA 10	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SEA OPCIONAL LA ENTREGA DE MUESTRAS ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN.	A
6	NUMERAL 4.4.1 INCISO G PÁGINA 14	ES CORRECTO ENTENDER, EN CASO DE OFERTAR PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO, ESTE REQUISITO NO APLICA ¿ES CORRECTO?	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, NO ES CORRECTO DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEL BIEN, EL CUAL PUEDE SER DEL 0% AL 100% .	A C D
7	ANEXO TÉCNICO. NUMERAL 2.1 PÁGINA 30	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UNA CANTIDAD MENOR A LAS SOLICITADAS EN EL "ANEXO 1" DE LAS BASES, DEBO A LOS CORTOS TIEMPOS DE ENTREGA ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, SE ATIE¿DE CON LA PRESICION NUMERO UNO.	B
8	ANEXO TÉCNICO. NUMERAL 2.4 PÁGINA 30	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA UN TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DÍAS HÁBILES, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA	B
9	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.4 PÁGINA 30	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE EL PORCENTAJE DE BIENES QUE SE DEBEN PROPORCIONAR DURANTE LA PRIMERA ENTREGA. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, SERÁ EL 20%.	
10	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1 PÁGINA 31	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA ENTREGAR MUESTRAS HASTA EL DÍA DEL ACTO DE APERTURA (7 DE NOVIEMBRE DEL 2022). ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, DEBERAN ENTREGAR LAS MUESTRAS EN LA FECHA Y HORARIO ESTIPULADO	
11	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.7.1 PÁGINA 38	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENCIADOS DEL MATERIAL DE CURACIÓN EN COPIA FIEL A COLOR DE LOS ORIGINALES Y/O IMPRESIÓN A COLOR DE LOS ORIGINALES, Y QUE PRESENTARLOS DE ESTA FORMA NO SERÁ CAUSAL DE	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, SE SOLICITAN CATÁLOGOS ORIGINALES	R D



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		DESECHAMIENTO ¿SE ACEPTA?	
12	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.7.3, INCISO B PÁGINA 39	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VENCIDO, SEA SUFICIENTE PRESENTAR EL REGISTRO CON EL SOMETIMIENTO A PRÓRROGA, YA QUE ESTA DOCUMENTACIÓN ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE COFEPRIS ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO VENCIDO JUNTO CON LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
13	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.7.3 INCISO B PÁGINA 39	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL CERTIFICADOS: CE Y/O FDA Y/O JIS Y/O ISO 13485:2016 Y/O ISO 9001:2016 ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA, ES LO SOLICITADO.
14	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.7.5 PÁGINA 40	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DISTRIBUIDOR SECUNDARIO ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, LA CARTA DE APOYO DEBERA SER DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
15	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.7.5 PÁGINA 41	EN CASO DE SER POSITIVA NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SE ENTIENDE QUE SE PODRÁ PRESENTAR UNA CARTA CON DIFERENTES MARCAS ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, Y SE SOLICITA CARTA DE APOYO POR MARCA
16	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.7.8 PÁGINA 41	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE DE QUE MANERA SE ACREDITARÁ ESTE PUNTO. FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTOS A INCIDENTES ADVERSOS

**BIOTECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.3 DE LAS BASES. LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	DICE QUE DEBERÁN ENTREGAR 20% DE LOS BIENES EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS. SIN EMBARGO, EN EL NUMERAL 2.4 DE ANEXO TÉCNICO HABLA DE 50% EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿QUÉ PORCENTAJE SE VA A CUBRIR DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO?	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, SERÁ EL 20%.
2	4.1 DE LAS BASES MUESTRAS	ESTE PUNTO PIDE ENTREGAR MUESTRAS CONFORME LO	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, ES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1 DEL ANEXO TÉCNICO. SIN EMBARGO, LAS PARTIDAS QUE PROPONGO NO SE ENCUENTRAN EN EL "LISTADO DE MUESTRAS" ¿DEBO ENTENDER QUE NO SE ENTREGARÁN MUESTRAS DE LAS PARTIDAS 89, 90, 91 Y 92?	CORRECTO, SE DEBERA PRESENTAR MUESTRAS ÚNICAMENTE PARA LOS INSUMOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL LISTADO 4.1 MUESTRAS.
3	4.7.5 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE PARA ESTE PUNTO CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO (DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO), MISMO QUE VIENE INSCRITO EN EL REGISTRO SANITARIO COMO "DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR"	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
4	4.7.5 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	EN CASO DE RESULTAR FAVORABLE LA SOLICITUD DE LA PREGUNTA ANTERIOR, Y EL LICITANTE SEA EL MISMOS DISTRIBUIDOR PRIMARIO ¿BASTARÁ CON LA SOLO FIRMA DEL LICITANTE EN LA CARTA DE APOYO?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA, LA CARTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, LA DOCUMENTACION PRESENTADA ESTARA SUJETA A REVISIÓN Y DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO TECNICAMENTE.
5	4.7.5 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	DICE QUE SE DEBE DE ANEXAR UNA CARTA DE APOYO POR MARCA. ¿ES POSIBLE ANEXAR UNA SOLA CARTA DE APOYO CON MARCAS DIFERENTES QUE SON FABRICADAS POR EL MISMO FABRICANTE?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, DEBERA PRESENTAR CARTA DE APOYO POR MARCA.

**CONSORCIO INTERNACIONAL QUETZALCÓATL, S.A. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.1. MUESTRAS EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1 DEL ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRA POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, LAS MUESTRAS DEBERÁN PRESENTARSE CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA.
2	4.1. MUESTRAS EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1 DEL ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRA REPRESENTATIVA ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, LAS MUESTRAS DEBERÁN PRESENTARSE CONFORME A LA PARTIDA OFERTADA.
3	4.3 PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y PROPUESTAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE UNICO, LA DOCUMENTACION LEGAL, TECNICA	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		Y ECONOMICA EN TRES FOLDER CON BROCHE BACCO Y SEPARADORES, SEPARANDO LOS ORIGINALES DENTRO DEL MISMO SOBRE. ¿SE ACEPTA?	Y SERVICIOS RESPONDE QUE, SÍ, SE ACEPTA.
4	4.7.1 PROPUESTA TECNICA. ANEXO TECNICO PAG. 38 TERCER PARRAFO SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, DONDE SE ESTÁ REFERENCIADO CADA PUNTO, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONTARÁ COMO CARACTERÍSTICA QUE NO CUMPLE EL INSUMO OFERTADO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS CATALOGOS POR FAMILIA REFERENCIANDO LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO LOS INSUMOS OFERTADOS ESTEN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL PARA DESECHAMIENTO DE ESA(S) PARTIDA(S).
5	4.7.1 PROPUESTA TECNICA. ANEXO TECNICO PAG. 38 TERCER PARRAFO SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO, DONDE SE ESTÁ REFERENCIADO CADA PUNTO, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONTARÁ COMO CARACTERÍSTICA QUE NO CUMPLE EL INSUMO OFERTADO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS CATALOGOS DONDE HAGA REFERENCIA LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, LOS INSUMOS OFERTADOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL PARA DESECHAMIENTO DE ESA(S) PARTIDA(S), O ANEXAR EL CATÁLOGO COMPLETO EN FORMATO PDF EN EL CUAL DEBERÁ ESTAR LA HOJA U HOJAS REFERENCIADAS IMPRESA, EN CASO DE QUE EL CATÁLOGO ESTE INCOMPLETO, SE TOMARA COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARA LA PROPUESTA.
6	4.7.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES ANEXO TECNICO PAG. 39 INCISO B. NORMAS ESPECIFICAS PARA APLICAR, EN LOS INSUMOS DE SALUD: NUMERALES ROMANOS: I. II. III. IV. V.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR FAMILIA, REFERENCIADO CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE APLICA. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, LOS INSUMOS OFERTADOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DE LO CONTRARIO SERA CAUSAL PARA DESECHAMIENTO DE ESA(S) PARTIDA(S). ASI MISMO DEBERAN PRESENTAR EL ANEXO 1.3 RELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DEBIDAMENTE REQUISITADO.
7	4.7.6 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA ANEXO TECNICO PAG. 41	DEBIDO A LA CRISIS MUNDIAL POR LA PANDEMIA SARS COV-2. LAS VENTAS SE VIERON AFECTADAS ESTOS DOS ULTIMOS AÑOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE JUNTO CON LA PRESENTACION DEL CURRICULUM EMPRESARIAL, INCLUIR AL MENOS UN CONTRATO O FACTURA CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO, CON VIGENCIA DE AL MENOS TRES	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		AÑOS ANTERIORES A LA APERTURA DE PROPUESTAS, SIENDO LA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO O FACTURA DE MANERA OPCIONAL, YA QUE LAS MISMAS DEPENDENCIAS AUN TIENEN RESTRINGIDO EL ACCESO POR PROTOCOLOS DE SANIDAD A TRAMITES NO PRIORITARIOS. ¿SE ACEPTA?	
--	--	--	--

**PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K-B, S.A. DE C.V.. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERLA 4.1 MUESTRAS ANEXO TÉCNICO (PAG.31)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR ENTREGAR MUESTRA POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, DEBERÁN PRESENTAR LAS MUESTRAS CONFORME AL INSUMO OFERTADO
2	NUMERLA 4.1 MUESTRAS ANEXO TÉCNICO (PAG.31)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODAMOS ENTREGAR CATALOGO REFERNCIANDO EL NUMERO DE PARTIDA, ESTOPARA LOS INUSMOS QUE TENGAN COSTO MAYOR A \$1000. ¿ SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SI Y SOLO SI EL COSTO DEL INSUMO ES SUPERIOR A \$5,000.00 PESOS, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, LOS INSUMOS OFERTADOS DEBERAN PRESENTARSE EL DÍA LA EVALUACIÓN DE MUESTRA CON EL RESPECTIVO ANEXO, ASI COMO ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS EN EL CATÁLOGO, CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS PUNTOS DE NORMAS Y CERTIFICACIONES LO CONTRARIO SERA CAUSAL PARA DESECHAMIENTO DE ESA PARTIDA EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.
3	ANEXOS	PARA CUMPLIR CON ALGUN PUNTO QUE NO APLIQUE A MI REPRESENTADA SOLO BASTARA CON HACER UNA CARTA PROTESTADA QUE MENCIONE "NO APLICA". ¿ SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, DEBERÁ LLENAR TAL COMO SE INDICA EN LOS ANEXOS, EN CASO DE QUE NO LE APLIQUEN, PODRÁ INDICARLO EN EL MISMO ANEXO, SIN EMBARGO EN CASO DE DETECTARSE QUE DICHO ANEXO SI LE APLICA SERÁ CAUSA DE DESACHAMIENTO DE SU PROPUESTA.
4	NUMERLA 2.3 LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, SEGUNDO PARRAFO. (PAG.8) Y NUMERAL 2.4 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE CORRECTO A ENTREGAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABLES A LA FIRMA DEL CONTRATO, YA QUE SE MANEJAN DOS PORCENTAJES DIFERENTES.	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, SERÁ DE 20%.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

2  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

	ENTREGA DE BIENES DEL ANEXO TECNICO. (PAG. 30)		
5	NUMERAL 4.7.4 OBLIGACIONES PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION, SEXTO PARRAFO DE LA PAGINA 40 (ANEXO 1.5)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE PUNTO SOLAMENTE ES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTO? DE LO CONTRARIO NOS PODRIA INDICAR COMO REQUISITARLO YA QUE NO QUEDA MUY CLARO LO SOLICITADO ESTO PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO.	EL REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA RESPONDE QUE, DEBERA PRESENTAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE CONTENGA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS SEIS VIÑETAS DEL NUMERAL MENCIONADO
6	4.7.6 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. (PAG. 41 )	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CONTRATOS ASI COMO CARTAS RECOMENDACIÓN CON FECHAS NO MAYORES A 3 AÑOS. ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
7	4.7.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES (PAG. 38 Y 39)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR TODO LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO POR FAMILIA ¿ SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, LOS INSUMOS OFERTADOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS Y LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBERA ESTAR VIGENTYE, DE LO CONTRARIO SERA CAUSAL PARA DESECHAMIENTO DE ESA(S) PARTIDA(S).
8	4.7.1 PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR CATALOGO POR FAMILIA ¿ SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, LOS INSUMOS OFERTADOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DE LO CONTRARIO SERA CAUSAL PARA DESECHAMIENTO DE ESA(S) PARTIDA(S).CADA PUNTO DE LA FICHA TÉCNICA DEBE ESTAR REFERENCIADO.
9	ANEXO 1 PARTIDA 230	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE PROMOVER LA SANA COMPETENCIA, NOS PERMITA OFERTAR TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD. 9.14M ANCHO 1.25 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS MARCA 3M ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
10	ANEXO 1 PARTIDA 231	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE PROMOVER LA SANA COMPETENCIA, NOS PERMITA OFERTAR TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD. 9.14M ANCHO 2.25 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS MARCA 3M ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
11	ANEXO 1 PARTIDA 75	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR CATETER PARA VENOCCLISIS DE POLIURETANO, CON AGUJA CALIBRE 14 G, ENVASE CON 50	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		PIEZAS, PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA. ¿ SE ACEPTA?	
12	ANEXO 1 PARTIDA 76	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR CATETER PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO, CON AGUJA CALIBRE 18 G, ENVASE CON 50 PIEZAS, PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA. ¿ SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
13	ANEXO 1 PARTIDA 77	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR CATETER PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO, CON AGUJA CALIBRE 20 G, ENVASE CON 50 PIEZAS, PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA. ¿ SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
14	ANEXO 1 PARTIDA 78	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR CATETER PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO, CON AGUJA CALIBRE 22 G, ENVASE CON 50 PIEZAS, PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA. ¿ SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
15	ANEXO 1 PARTIDA 79	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR CATETER PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO, CON AGUJA CALIBRE 24 G, ENVASE CON 50 PIEZAS, PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA. ¿ SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
16	ANEXO 1 PARTIDA 84	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, ESTERILES Y DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 3ML CON VALVULA PARA JERINGA , MODELO FOLEY (DE DOS VIAS) CALIBRE 8FR. ¿ SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, EL GLOBO DE AUTORRETENCION DEBERA SER DE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS.

**LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ AGUIRRE, PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	PAGINA 9 3.4 OPCIONES PARA PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE SOSTENIMIENTO Y CUMPLIMIENTO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN CASO DE PRESENTAR FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA, SI CONSIDERANDO LAS FECHAS QUE SE TIENEN DEL DÍA DE ACLARACIONES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA, SI DE FAVOR NOS PERMITEN PRESENTAR LA FIANZA ELECTRÓNICA QUE NOS PROPORCIONE LA AFIANZADORA. ASIMISMO SOLICITAMOS NOS INDIQUEN SI REQUIEREN ALGUN MODELO EN PARTICULAR	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, SE ACEPTA Y NO SE REQUIERE NINGUN MODELO EN PARTICULAR SOLO LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 22.
2	PÁGINA 11 INCISO C PERSONAS FÍSICAS ALTA ANTE LA SHCP	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DA CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PRESENTANDO LA CONSTANCIA	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL SAT.	RESPONDE QUE, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	PÁGINA 12 INCISO E PODER NOTARIAL	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO APLICA ESTE REQUISITO TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA? ASIMISMO SOLICITAMOS NOS INDIQUEN, SI EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, SE PRESENTA OTRA PERSONA A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA, ¿SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE PARA QUE PUEDA PARTICIPAR EN ESE ACTO?	PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS NO ES NECESARIO QUE QUIEN LAS PRESENTE CUENTE CON LOS PODERES DE REPRESENTACIÓN, Y BASTARÁ CON QUE EXHIBA UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.  SIN EMBARGO DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LAS PROPUESTAS TENDRÁ QUE INCLUIRSE EN ORIGINAL IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN FIRMA LAS PROPUESTAS, ASI COMO LAS ACTAS CONSTITUTIVAS, PODER NOTARIAL DE SER EL CASO, Y LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3 DE LA BASES.
4	PÁGINA 12 INCISO G	EN CASO DE PERTENECER A OTRA ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO DE MÉXICO), ¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO?	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS.
5	PÁGINA 30 PUNTO 2.4 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ACEPTAN QUE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS HAGAMOS RESGUARDO DE LAS PARTIDAS ASIGNADAS Y SE REALICEN ENTREGAS PARCIALES CONFORME A SUS REQUERIMIENTOS, YA QUE REVISANDO CON FABRICANTE, NO SERÍA POSIBLE REALIZAR LA ENTREGA DEL 50% DEL PEDIDO EN TAN SOLO 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA POR PARTE DEL AREA REQUIRENTE, SE SOLICITA QUE SE REALICE UNA ENTREGA POR EL 20% DE LA CANTIDAD ADJUDICADA A LOS 7 DIA HABLES DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y LO POSTERIOR CONFORME A LOS PEDIDOS REALIZADOS POR EL ALMACÉN.
6	PÁGINA 30 PUNTO 2.4 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN CASO DE ACEPTAR REALIZAR ENTREGAS PARCIALES, ¿CON CUANTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN NOS INDICARÁN LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA CADA ENTREGA? LO ANTERIOR DEBIDO A QUE REQUERIMOS REALIZAR UNA PROGRAMACIÓN DE LOGÍSTICA PARA PODER CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA	RESPUESTA DEL ÁREA REQUIRENTE, SE ACEPTA QUE LA PRIMERA ENTREGA DE DICHS PARTIDAS SE REALICE 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
7	PÁGINA 31 PUNTO 4.1 MUESTRAS	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE PRESENTARÁN MUESTRAS DE LAS PARTIDAS SEÑALADAS EN ESE NUMERAL?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, ES CORRECTO, SE DEBERA PRESENTAR MUESTRAS ÚNICAMENTE PARA LOS INSUMOS CONTEMPLADOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		¿SE DEBE INCLUIR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA EL ACUSE DE ENTREGA DE MUESTRAS?	DENTRO DEL LISTADO 4.1 MUESTRAS Y DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL EL ANEXO 1.4 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS DEBIDAMENTE SELLADO.
8	PÁGINA 38 PUNTO 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN RESPECTO A LO SIGUIENTE: SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO DONDE SE ESTÁ REFERENCIANDO CADA PUNTO EJEMPLO PARTIDA 241 VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO, LONGITUD 2.75M ANCHO 15 CM NOMBRE DE CATALOGO CATPDA241 PÁGINA 18 Y EN EL CATALOGO REFERENCIAR EN LA PÁGINA 18 EL NUMERO DE PARTIDA Y CLAVE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATÁLOGO DONDE SE ESTÁ REFERENCIANDO CADA PUNTO ASI MISMO EL CATÁLOGO DEBERÁ ESTÁ REFERENCIADO.
9	PÁGINA 38 PUNTO 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA	FAVOR DE INDICAR ¿A QUE SE REFIEREN CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENCIADOS QUE DEBEN SER ORIGINALES?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, A LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS ORIGINALES REFERENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA DEL INSUMO OFERTADO.
10	PÁGINA 38 PUNTO 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA	FAVOR DE INDICAR ¿A QUE SE REFIEREN CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENCIADOS QUE DEBEN SER ORIGINALES?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, PREGUNTA REPETIDA, SE CONTESTÓ EN LA PREGUNTA ANTERIOR.
11	PÁGINA 38 PUNTO 4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA	RESPECTO A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO LO SON CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CORRESPONDER CON LOS BIENES DE MATERIAL DE CURACIÓN OFERTADOS Y DEBERÁN PRESENTARSE EN ELECTRÓNICO (CD O USB) Y POR ESCRITO. PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, PARA LOS FABRICANTES QUE NO MANEJAN UN CATÁLOGO, SI SE PUEDE PRESENTAR LA INFORMACIÓN DESCARGADA DE LA PÁGINA DE INTERNET O SI SE PUEDEN PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS ELABORADAS POR EL LICITANTE.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ SER ORIGINAL, NO SE ACEPTAN FICHAS TECNICAS ELABORADAS POR LOS LICITANTES. ASI COMO DESCARGADAS DE INTERNET. EN CASO DE PRESENTAR CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS ESTOS DEBERÁN ESTAR EN FORMATO PDF, LOS CATÁLOGOS DEBERÁN ESTAR COMPLETOS Y SOLO DEBERÁN IMPRIMIR LA O LAS HOJAS DONDE REFERENCIEN EL 100% DE LO DESCRITO EN LA FICHA TÉCNICA , EN CASO CONTRARIO SE TOMARÁ COMO PUNTO NO CUMPLIDO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large '2' at the top, 'A', 'a', 'es', and several vertical signatures.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		ASIMISMO, SOLICITAMOS PERMITAN PRESENTAR COPIA SIMPLE, YA QUE LA MAYORÍA DE LOS CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS SON ELECTRÓNICOS. FAVOR DE INDICAR.	
12	PÁGINA 41 PUNTO 4.7.6 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR PRESENTAR POR LO MENOS UN CONTRATO EMITIDO EN EL RANGO DE 2017 A LA FECHA, ASIMISMO SOLICITAMOS SI EN LUGAR DE PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN BASTARÁ CON PRESENTAR LA LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ¿FAVOR DE PRECISAR SI ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN SER CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 3 AÑOS.  NO SE ACEPTA, DEBERAN PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN.
13	PÁGINA 41 PUNTO 4.7.7 TECNOVIGILANCIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITE PRESENTAR EL ACUSE DE INICIO DE TRÁMITE EMITIDO POR LA COFERPIS	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, EL TRAMITE DEBERÁ HABER SIDO REALIZADO EN EL PRESENTE AÑO Y DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DICHO TRAMITE EN DONDE SE MENCIONE ADEMÁS AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA.
14	PÁGINA 41 PUNTO 4.7.8 NOTIFICACION DE INCIDENTES ADVERSOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO BASTARA CON PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS, QUE SERÍAN LOS MISMOS QUE EN SU MOMENTO SE INGRESARON A COFEPRIS. ¿FAVOR DE ACLARAR?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS, SERAN LOS MISMOS QUE EN SU MOMENTO SE INGRESARON A COFEPRIS.
<b>REPREGUNTA</b>	<b>PREGUNTA</b>	<b>RESPUESTA</b>	
1	PÁGINA 38, PUNTO 4.7.1, PROPUESTA TÉCNICA  RESPECTO A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO LO SON CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN. PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE PUEDE INCLUIR LAS FICHAS TÉCNICAS DESCARGADAS DE INTERNET. YA QUE EL FABRICANTE NO CUENTA CON CATÁLOGOS FÍSICOS NI EN PDF. SOLO CUENTA CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN SU PÁGINA DE INTERNET	RESPUESTA POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA. REMITIRSE A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NUMERO 11	

**WACHUMA, S.R.L. DE C.V., PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.1 MUESTRAS	ENTENDEMOS QUE, SI MI REPRESENTADA OFERTA PARTIDAS QUE NO SE MENCIONAN EN EL LISTADO DE MUESTRAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, BASTARA CON	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, ES CORRECTO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NUMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		PRESENTAR EL ANEXO 1.4 CON LA LEYENDA NO APLICA	
2	NUMERAL 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO G) CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3 CONSTANCIA DE ADEUDOS EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE: IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS IMPUESTO SOBRA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE DERECHO SOBRE SUMINISTRO DE AGUA	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE CUENTE CON UN INMUEBLE ARRENDADO, ESTE ANEXO SE REQUISITARA ÚNICAMENTE CON LOS IMPUESTOS QUE LE APLIQUEN A MI REPRESENTADA ADJUNTANDO COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, FAVOR DE ACLARAR	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, DEBERÁ REQUISITAR ANEXOS 3 Y 4, ASIMISMO ANEXAR ORIGINAL DEL CONTRATO PARA COTEJO ASÍ COMO COPIA SIMPLE.
3	4.7.5 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR IMPRESIÓN DE LAS CARTAS FIRMADAS POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, YA QUE EL FABRICANTE AL ESTAR EN EL EXTRANJERO Y POR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA PAQUETERÍA, PODRÍA NO LLEGAR A TIEMPO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, EN CASO DE PRESENTAR IMPRESIÓN EN LUGAR DE LA CARTA ORIGINAL DE APOYO DE FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DEBERAN ADJUNTAR IMPRESIÓN DEL CORREO ELECTRONICO DONDE SE ENVIO LA CARTA, EN CASO DE NO ADJUNTARLO, SE TOMARÁ COMO INCUMPLIMIENTO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA.
4	4.7.5 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE O TITULAR DE REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA EN MÉXICO, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, LA CARTA DE APOYO DEBERA SER DEL FABRICANTE Y/O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.
5	4.7.7 TECNOVIGILANCIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ACUSE DE INICIO DE TRÁMITE DE ALTA DE UNIDAD Y RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, EL TRAMITE DEBERÁ HABER SIDO REALIZADO EN EL PRESENTE AÑO Y DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DICHO TRAMITE EN DONDE SE MENCIONE ADEMÁS AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA.
6	4.7.6 EXPERIENCIA A DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE

2

A  
A  
On  
gs

B

*[Handwritten signature]*



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		PRESENTAR CONTRATOS REFERENTES A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS O SERVICIOS INTEGRALES EN LOS CUALES AL OTORGAR EL SERVICIO SE PROPORCIONAN DIVERSOS INSUMOS DE MATERIAL DE CURACIÓN.	ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO ESTE EL O LOS INSUMOS OFERTADOS.
7	4.7.6 EXPERIENCIA A DE LA EMPRESA	DERIVADO DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS DE CUMPLIMIENTO O LIBERACIÓN DE FIANZA QUE AVALAN EL TOTAL CUMPLIMIENTO Y TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 4.7.6, ¿SE ACEPTA?	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE RECOMENDACIÓN.
8	4.7.8 NOTIFICACION DE INCIDENTES ADVERSOS	ENTENDEMOS QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, DEBEREMOS PRESENTAR ESCRITO INDICANDO EL PROCESO INTERNO DE MI REPRESENTADA A LA ATENCIÓN Y QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES, ACOMPAÑADA DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS, SERÁN LOS MISMOS QUE EN SU MOMENTO SE INGRESARON A COFEPRIS.
9	4.4.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS INCISO R) SOLO EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA, PRESENTAR MANIFIESTO EN ESCRITO LIBRE, DONDE INDIQUE SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR DE ESA FORMA, PARA LO CUAL DEBERÁ OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA REGLA QUINTA DE LAS "REGLAS" QUE SEÑALA: "LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y LOCALES PODRÁN PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTANDO PROPUESTAS A CUMPLIR POR DOS O MÁS DE LAS EMPRESAS CITADAS, SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR NUEVA SOCIEDAD". ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLA EMANEN, LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y LOCALES, PRESENTARÁN, EN EL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL SE PRESENTARÁN ÚNICAMENTE EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA. ¿FAVOR DE ACLARAR?	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, ES CORRECTO, SOLO EN CASO DE PRESENTARSE DE MANERA CONJUNTA. EL ANEXO 25 SÍ DEBE SER REQUISITADO POR TODOS LOS LICITANTES CONFORME A LO SOLICITADO EN EL INCISO Q.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

	<p>SOBRE QUE CONTENGA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA:</p> <p>I. ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA ESTRATIFICADO COMO MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA NACIONAL Y LOCAL, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDA POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTAR EL MANIFIESTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 25.</p> <p>II. CONVENIO REALIZADO ENTRE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, EN EL CUAL SE ESTABLECERÁ LO SIGUIENTE:</p> <p>a) UN REPRESENTANTE COMÚN.</p> <p>b) LAS PROPORCIONES O PARTES DEL CONTRATO A CUMPLIR POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS, Y;</p> <p>c) LA MANERA EN QUE RESPONDERÁN CONJUNTA E INDIVIDUALMENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE SE LES ADJUDIQUE.</p> <p>BASÁNDOSE PARA TAL EFECTO EN EL MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CONTENIDO EN EL ANEXO 28</p>		
10	ANEXO 1 FICHAS TECNICAS DE MATERIAL DE CURACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO QUE ESTE ANEXO OMITE LAS PARTIDAS 170 Y 171. ¿FAVOR DE ACLARAR?	EL REPRESENTANTE DEL AREA TÉCNICA RESPONDE QUE, LAS PARTIDAS MENCIONADAS FORMAN FUERON EXCLUIDAS YA NO FORMAN PARTE DEL ANEXO 1 FICHAS TECNICAS.
11	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 20 PROPUESTA ECONOMICA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CASO DE LOS ANEXOS 19 Y 20 SE ENLISTARAN ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS A OFERTAR. ¿FAVOR DE ACLARAR?	RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, ES CORRECTO, PARA LA PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 19) ÚNICAMENTE DEBERAN ENLISTARSE

2

A

→

a

B  
Q

Handwritten signature

Handwritten signature

✓

Handwritten mark

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

A  
J  
A  
W  
an  
ps  
g

REPREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		UNICAMENTE LAS PARTIDAS A OFERTAR.  EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SOLO SE DEBERÁ PRESENTAR LAS PARTIDAS OFERTADAS.
1	<p>CONFORME A LO MANIFESTADO EN EL ANEXO 3, "CONSTANCIA DE ADEUDOS" EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO), CON FECHA NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN APLICABLES RESPECTO DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMPUESTO PREDIAL,</li> <li>- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES,</li> <li>- IMPUESTO SOBRE NÓMINA,</li> <li>- IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS,</li> <li>- IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE,</li> <li>- DERECHOS SOBRE SUMINISTRO DE AGUA, (EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO).</li> </ul> <p>EN RELACIÓN CON LA RESPUESTA ANTERIOR (PREGUNTA 2), CON RESPECTO EN LA CONSTANCIA DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ACUSE DE TRÁMITE DE DICHA CONSTANCIA ACOMPAÑADO DE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MI REPRESENTADA SE COMPROMETE A ENTREGAR LA CONSTANCIA EN ORIGINAL AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO. ESTO DEBIDO A QUE POR LA FECHAS DEL TRÁMITE REQUIERE VARIOS DÍAS PARA EMISIÓN, POR LO QUE PARA LA APERTURA DE PROPUESTAS NO ESTARÍA LISTO.</p>	LA CONVOCANTE SEÑALA QUE SE ACEPTA SU PROPUESTA Y QUE PARA EL CASO DEBERÁ PRESENTAR ACUSE DEL TRÁMITE EN ORIGINAL Y COPIA, COMO SE ESTABLECE EN EL TERCER PÁRRAFO DEL INCISO G), NUMERAL 4.4. DE LAS BASES

re  
re  
re  
re  
re

**BENJAMÍN BAÑOS VAZQUEZ, PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.3. LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.	<p>DICHO APARTADO DE LAS BASES SE MENCIONA EN EL PUNTO 2.3. LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, QUE SERÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES DEL 20% SOBRE LA CANTIDAD SOLICITADA, EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO. Y EN PUNTO 2.4. LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, CITADO EN EL ANEXO TECNICO, SE MENCIONA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DEL 50%, SOBRE LA CANTIDAD SOLICITADA, EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PUEDA PRECISAR</p>	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, PERIODOS Y ENTREGAS YA FUERON ATENDIDAS EN UNA PREGUNTA ANTERIOR Y SERA DEL 20%.

re



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		<p>QUE PORCENTAJE SERÁ EL CORRECTO A ENTREGAR. Y EN VEZ DE 3 DIAS HABILDES, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ¿QUE PUEDA SER EN 5 DIAS HÁBILES, ¿PARA ENTREGA DE LOS BIENES, DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO?</p>	
2	<p><b>4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO E, PODER NOTARIAL</b></p>	<p>EN CASO DE PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PUEDA PRECISAR SI PARA EL REPRESENTANTE LEGAL: ¿PODRA ACREDITAR SU PARTICIPACIÓN A LOS DIFERENTES EVENTOS, (JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES, DICTAMEN Y FALLO), ¿POR MEDIO DE UNA CARTA PODER AMPLIADA, PARA LOS FINES EN QUE SE TENGA LUGAR?</p>	<p>EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS NO ES NECESARIO QUE QUIEN LAS PRESENTE CUENTE CON LOS PODERES DE REPRESENTACIÓN, Y BASTARÁ CON QUE EXHIBA UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.</p> <p>SIN EMBARGO, DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LAS PROPUESTAS TENDRÁ QUE INCLUIR EN ORIGINAL IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN FIRMA LAS PROPUESTAS, ASI COMO LAS ACTAS CONSTITUTIVAS, PODER NOTARIAL DE SER EL CASO, Y LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3 DE LA BASES.</p> <p>PARA EL CASO DE QUE QUIEN FIRME LAS PROPUESTAS SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA DEBERÁ ACREDITARLO MEDIANTE PODER NOTARIAL, DE IGUAL FORMA SI QUIERE PARTICIPAR EN LA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA, TENDRA QUE ACREDITARLO MEDIANTE PODER NOTARIAL.</p>
3	<p><b>4.1 MUESTRAS INCISO</b></p>	<p>PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS, SE MENCIONA QUE SERÁ EL DIA 3 DE NOVIEMBRE, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE: ¿EN VEZ DE ENTREGARSE LAS MUESTRAS EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE PODRIAN ENTREGAR 4L 4 DE NOVIEMBRE?, YA QUE UN DIA ANTES ES UN DIA INHABIL.</p>	<p>EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, LAS MUESTRAS DEBERAN ENTREGARSE EN LA FECHA Y HORA ESTIPULADAS.</p>
4	<p><b>4.2 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS INCISO E</b></p>	<p>SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PRECISE SI TODAS LAS FOJAS UTILES DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA, DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA ¿SE TENDRÁN QUE RUBRICAR O COLOCAR FIRMA AUTOGRAFA, DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA QUE</p>	<p>EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, TODAS LAS HOJAS DEBERÁN ESTRAR RUBRICADAS EN EL ANVERSO POR LO MENOS Y DEBERÁ FIRMARSE DONDE SE SOLICITE DE ACUERDO A LAS BASES.</p>

2

A

A

B

C

D

E

F



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

REPREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
5	4.7.5 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ¿LA CARTA DE APOYO QUE SE ENTREGUE PUEDE SER LA IMPRESIÓN DE LA CARTA ORIGINAL FIRMADA?
6	4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO G "CONSTANCIA DE ADEUDOS"	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA SUBSANAR ESTE PUNTO, ¿PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO CON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES MI REPRESENTADO NO ESTÁ SUJETO A LAS OBLIGACIONES FISCALES MENCIONADAS EN ESTE PUNTO?
1	¿EN LA PARTIDA 12 NO ESPECIFICA SI EL ACOHOL DESNATURALIZADO ES DE 70° O DE 96°	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, EN CASO DE PRESENTAR IMPRESIÓN EN LUGAR DE LA CARTA ORIGINAL DE APOYO DE FABRICANTE, DEBERAN ADJUNTAR IMPRESIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DONDE SE ENVÍO LA CARTA, EN CASO DE NO ADJUNTARLO, SE TOMARA COMO INCUMPLIMIENTO Y SE DESECHARA LA PROPUESTA.
2	¿PARTIDA 103, LA BATA PUEDE SER UNITALLA?	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, DEBERÁ REQUISITAR EL ANEXO 3 Y 4 EXPLICANDO LOS MOTIVOS DE LOS IMPUESTOS QUE NO LE APLIQUEN.
3	LAS SUTURAS EN GENERAL SE PUEDEN SURTIR EN PRESENTACIÓN DE 24 Y 36 PIEZAS POR CAJA	POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA DEBE SER DE 70°
4	PARTIDA 234, TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICIA SE PUEDEN ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 PIEZAS	POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA DEBERÁ SER MEDIANA COMO SE INDICA EN LA FICHA TÉCNICA.
		POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA NO, DEBERÁN SER ABASTECIDAS CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA FICHA TÉCNICA.
		RESPUESTA POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA DEBERÁN SER ENTREGADAS CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

**ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.1 MUESTRAS, LISTADO DE MUESTRAS	PARA LAS MUESTRAS UTILES SE ENTIENDE EN EL PUNTO 4.1 MUESTRAS, QUE SOLO SE ENTREGARAN MUESTRAS UTILES DEL LISTADO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA PAGINA 31-37. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI PARA LAS PARTIDAS 47,48,101,102,103,144 Y 159 SE REQUIEREN MUESTRAS UTILES AL 100%	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, DEBERÁN PRESENTAR ÚNICAMENTE MUESTRA UTILES DE LA PARTIDA 159, EL RESTO DE LAS MENCIONADAS EN SU PREGUNTA NO ESTAN DENTRO DEL LISTADO DE INSUMOS QUE REQUIEREN MUESTRA FÍSICA.
2	4.1 MUESTRAS, LISTADO DE MUESTRAS	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SABER SI PARA LAS PARTIDAS 47, 48,101, 103, 144 Y 159 SE REQUIEREN MUESTRAS FISICAS, YA QUE NO SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN LA LISTA DE	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, PREGUNTA REPETIDA, REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		MUESTRAS SOLICITADAS EN LA PG. 31 4.1 MUESTRAS.	
3	2.3. LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PODER HACER LA PRIMER ENTREGA POR LOS SIGUIENTES NUMERO DE PARTIDAS, 101, 102, 103, Y 144 EN UN TIEMPO DE 20 DIAS HABLES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, ESTO A LOS TIEMPOS CORTOS DE FABRICACIÓN.	EL ÁREA REQUERENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO RESPONDE QUE, SE ACEPTA QUE LA PRIMERA ENTREGA DE DICHAS PARTIDAS SE REALICE 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
4	2.3. LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR LOS TIEMPO Y CANTIDADES PORCENTUALES DE ENTREGA DE LOS BIENES YA QUE EN EL PUNTO 2.3 LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, ESPECIFICAN UNA ENTREGA DEL 20% DE LOS BIENES EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL 80% RESTANTE A SOLICITUD DEL ALMACÉN Y EN EL PUNTO 2.4 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES PAG. 30, DICE QUE SE ENTREGARA EL 50% DE LOS BIENES EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HABLES Y 50% RESTANTES A SOLICITUD DEL ALMACÉN.	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, LO CORRECTO ES EL 20% Y YA SE HIZO MENCION A LOS TIEMPOS DE ENTREGA.
5	ANEXO 1. PARTIDA 48 BOTA QUIRURGICA	PARA LA PARTIDA 48, BOTA QUIRURGICA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR EL TRAMITE DEL NUEVO REGISTRO SANITARIO QUE ESTA EN PROCESO. TODA VEZ QUE ANTERIOIRMENTE SE HA PARTICIPADO Y HA SALIDO ADJUDICADO ESTE MATERIAL.	EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE,
<b>REPREGUNTA</b>		<b>PREGUNTA</b>	<b>RESPUESTA</b>
1	4.7.3 NORMAS Y CERTIFICACIONES, INCISO B), PUNTO V  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PODER PRESENTAR CERTIFICADO 13485 EN LUGAR DE CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL FABRICANTE NOM-241-SSA1		POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
2	ANEXO 1, FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARTIDA 259  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR NA BROCA INDICADORA CRANEAL PARA ADULTO MOD. 200-271-DGR- 014/11 MMR PARA CRANEOTOMO NEUMÁTICO DE LA MARCA STRYKER		POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

**INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 4.1 MUESTRAS	¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ¿NOS ACEPTE ENTREGAR MUESTRA REPRESENTATIVA EN SU EMPAQUE	NO SE ACEPTA, DEBERAN PRESENTAR LAS MUESTRAS CONFORME AL INSUMO OFERTADO.

2



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z


		ORIGINAL Y POR FAMILIA EN LAS PARTIDAS DONDE LA UNIDAD DE MEDIDA SEA CAJA O ENVASE, ¿YA QUE ÚNICAMENTE CAMBIAN LAS DIMENSIONES, ¿PERO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SERÍAN LAS MISMAS, SE ACEPTA?	
2	NUMERAL 4.2 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE, DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F), DEL NUMERAL 4.2 ¿DE LA CONVOCATORIA, ¿EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN SEA EMITIDA POR UN TERCERO, (ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL, REGISTROS SANITARIOS, ¿ENTRE OTROS), ESTA QUEDA EXENTA DE LOS INCISOS ANTERIORES?, FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE CON RESPECTO A LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE SOLICITA Y ESTA SEA EMITIDA POR UN TERCERO NO ES NECESARIO QUE CUMPLAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN DICHO NUMERAL RESPECTO DE LA DOCUMENTACION QUE FORME PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y QUE SEA EXPEDIDA POR TERCEROS.
3	NUMERAL 4.4. DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO G)	LA CONVOCANTE SOLICITA REQUISITAR EL ANEXO 3 (OBLIGACIONES FISCALES). EN CASO DE QUE EL DOMICILIO FISCAL DE MI REPRESENTADA, SE ENCUENTRE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y NO LE APLIQUE EL NUMERAL ANTES CITADO, BASTARA CON INDICAR EN EL ANEXO 3, LA LEYENDA NO APLICA, EN CADA RUBRO, FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS.
4	NUMERAL 4.4.1. ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISO B)	"LOS LICITANTES" QUE NO ESTÉN SUJETOS A ALGUNA O ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 3, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LAS RAZONES DE DICHA CIRCUNSTANCIA, NO SIENDO NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE ADEUDOS RESPECTIVAS. ANEXO 4. ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 4, APLICA PARA LOS LICITANTE QUE NO TENGAN SU DOMICILIO FISCAL DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 3 Y 4 INDICANDO BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LO QUE NO LE APLICAN DICHS IMPUESTOS.
5	BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30001122-022-2022	ES CORRECTO ENTENDER QUE CUANDO ALGUN NUMERAL O ANEXO DE LAS BASES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30001122-022-2022, NO APLIQUE A MI REPRESENTADA, BASTARA CON PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE MANIFIESTE QUE NO LE APLICA DICHO ANEXO O NUMERAL, FAVOR DE ACLARAR.	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, EN CASO DE QUE NO LE RESULTE APLICABLE, DEBERÁ INDICARLO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE, SIN EMBARGO SI LA CONVOCANTE DETECTA QUE SI LE RESULTA APLICABLE, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.
6	ANEXO 4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE LOS COMPROBANTES	EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

Y



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		O CONTANCIAS SOLICITADAS EN EL ANEXO No.4, SERAN DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS A LA FECHA DE ESTE EVENTO. FAVOR DE ACLARAR.	MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS RESPONDE QUE, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	NUMERAL 5, DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRME LAS PROPUESTAS, NO PUEDA ASISTIR A LOS DISTINTOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30001122-020-2022, SE PUEDE EMITIR UNA CARTA PODER SIMPLE A NOMBRE DE ALGUNA OTRA PERSONA PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PUEDA ACUDIR A LA JUNTA DE ACLARACIONES, ENTREGA DE PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA, FALLO Y EN SU CASO , PROPUESTA DE PRECIOS MAS BAJOS, SE ACEPTA?	YA FUE ATENDIDA ANTERIORMENTE
8	ANEXO "1" FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN. No. 28, CLAVE SAICA: 060.088.0850	LA CONVOCANTE SOLICITA: APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 12.5 X 12.5 CM. PIEZA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDIDA 10 CM X 10 CM, SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN?	RESPUESTA POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA, SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LA ACEPTACIÓN DE LA MUESTRA ES ÚNICAMENTE PARA LA EVALUACIÓN.
9	ANEXO "1" FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN. No. 29, CLAVE SAICA: 060.088.0868	LA CONVOCANTE SOLICITA: APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 22.0 X 22.0 CM. PIEZA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDIDA 20 X 20, SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN?	RESPUESTA POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA, SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LA ACEPTACIÓN DE LA MUESTRA ES ÚNICAMENTE PARA LA EVALUACIÓN .
10	ANEXO "1" FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN. No. 36, CLAVE SAICA: 060.088.0868	APÓSITO DE ESPONJA CON BORDES ADHERENTES, TODO EN UNO, CON LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA, EN FORMA DE CORAZÓN, QUE SE ADAPTA DE MANERA ANATÓMICA A LA ZONA SACRAL CONSISTE EN UNA PELÍCULA DE POLIURETANO COLOR CREMA TRASLUCIENTE PERMEABLE AL VAPOR E IMPERMEABLE AL AGUA, BARRERA FRENTE A VIRUS Y BACTERIAS, CONTIENE ADEMÁS 4 CAPAS ADICIONALES QUE INCLUYEN: 1 ALMOHADILLA ABSORBENTE DE TRES DIFERENTES TIPOS DE FIBRAS: FIBRAS DE POLIACRILATO SÚPER ABSORBENTES, FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS INTEGRADAS, 2 CAPA NO TEJIDA HECHA DE POLIÉSTER VISCOSO. 3 ESPONJA DE POLIURETANO Y 4. CAPA DE CONTACTO DE SILICONA, TIEMPO DE USO 7 DÍAS, TAMAÑO 18 X 18CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR	RESPUESTA POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA, SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LA ACEPTACIÓN DE LA MUESTRA ES ÚNICAMENTE PARA LA EVALUACIÓN .



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		MEDIDA 20 X 20, SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN?	
11	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.7.5 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA INDIQUE SI ESTE ANEXO DEBERÁ DE IR EN FORMATO LIBRE.	LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ES UN ESCRITO LIBRE, NO EXISTE FORMATO ALGUNO PARA SU PRESENTACIÓN.
12		FAVOR DE ACLARAR PARA EL PUNTO 4.7.7 "TECNOVIGILANCIA", SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE EMITIDO POR LA COFEPRIS VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-240-SSA1-2021, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA, YA QUE SI ESTÁ EN TRÁMITE, LA CONVOCANTE, NO TIENE GARANTÍA DE QUE SEA ACEPTADA.	POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA, PARA EL CASO DE LOS PARTICIPANTES QUE NO PRESENTEN LA COPIA DE ALTA DE UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA EMITIDA POR COFEPRIS, DEBERÁN PRESENTAR EL ACUSE DE SOMETIMIENTO ANTE COFEPRIS ANEXANDO TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DICHO TRÁMITE, EN DONDE SE MENCIONE ADEMÁS AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA, DICHO TRÁMITE DEBERÁ HABERSE REALIZADO EN EL PRESENTE AÑO.

**COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	BASES PAG. 8 NUMERAL 2.3 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	DICE: ... SE ENTREGARÁ EL 20% DE LOS BIENES EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS HABIES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL 80% RESTANTE A SOLICITUD DE ALMACEN CENTRAL EN UN HORARIO DE 9 A 15 HORAS.  Y EN EL ANEXO TECNICO PAG. 30 NUMERAL 2.4 LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA DICE: SE ENTREGARÁ EL 50% DE LOS BIENES EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL 50% RESTANTE A SOLICITUD DEL ALMACEN CENTRAL EN UN HORARIO DE 09:00 HRS A 15:00 HRS.  PREGUNTA: ¿SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE CUAL DE LOS DOS NUMERALES ES EL CORRECTO PARA LAS CONDICIONES DE ENTREGA, EL 20% O EL 50% PARA LA ENTREGA Y CUANTOS DIAS NOS VAN A PROPORCIONAR PARA ENTREGAR EL RESTANTE MATERIAL A SOLICITUD DEL ALMACEN CENTRAL?	MANIFIESTA LA CONVOCANTE QUE LA RESPUESTA A ESTE CUESTIONAMIENTO YA FUE ATENDIDA EN PREGUNTA ANTERIOR POR OTRO PARTICIPANTE.
2	PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 4.7.6 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	DICE: ... SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS UN CONTRATO EN FORMATO PDF, QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A UN AÑO;	RESPUESTA DEL ÁREA TECNICASE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		PREGUNTA: PODREMOS INCLUIR UN CONTRATO CUYA VIGENCIA TIENE DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021.?	
		SE ACEPTA?	

2  
A

**HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 4.1 MUESTRAS ANEXO TÉCNICO LISTADO DE MUESTRAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA EL CASO DE LOS BIENES SEÑALADOS EN EL LISTADO DE MUESTRAS QUE SOBREPASEN EL COSTO DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), SE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE CÁTALOGO O FICHA TÉCNICA EN LA QUE SE DESCRIBAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.	RESPUESTA DEL ÁREA TÉCNICA, SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, LOS CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS DEBERAN SER ORIGINALES, ASI MISMO DEBERAN REFERENCIAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS ENUNCIADAS EN LA FICHA TÉCNICA, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PARTIDA.
2	NUMERAL 4.1 MUESTRAS ANEXO TÉCNICO LISTADO DE MUESTRAS	SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS POR FAMILIA, SEÑALANDO EN LA ETIQUETA LAS PARTIDAS QUE AMPARA.	RESPUESTA POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA. NO SE ACEPTA, LAS MUESTRAS DEBERÁN PRESENTARSE CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA Y A LA PARTIDA OFERTADA.

A  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

**FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PAGINA 8 - NUMERAL 2.3 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DICE: SE ENTREGARÁ EL 20% DE LOS BIENES EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL 80% RESTANTE A SOLICITUD DEL ALMACÉN CENTRAL EN UN HORARIO DE 9 A 15 HORAS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE LOS LUGARES Y LAS CONDICIONES DE ENTREGA YA QUE DENTRO DEL ANEXO TECNICO EN SU NUMERAL 2.4 INDICA LO SIGUIENTE "LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES INDICA SE ENTREGARA EL 50% DE LOS BIENES EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL 50% RESTANTE A SOLICITUD DEL ALMACEN CENTRAL"  LO CUAL CONTRADICE A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 2.3 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES PAGINA 8 Y CAUSA UNA	PREGUNTA YA ATENDIDA

R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

→  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		CONFUSIÓN A LO REQUERIDO, ¿FAVOR DE ACLARAR?	
2	PAGINA 10 - NUMERAL 4.1 MUESTRAS	PARA MUESTRAS CON UN COSTO SUPERIOR A 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE TIPO DE MUESTRAS NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE EL CATALOGO DEL BIEN O NOS ACEPTEN PRESENTAR MUESTRAS CADUCAS O DOMMIE ESTO LA FINALIDAD DE QUE SE PUEDAN VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA TECNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL VALOR DE LOS INSUMOS SEA MAYOR A \$5,000.00 PESOS, LOS CATALGOSO PRESENTADOS DEBERAN SER ORIGINALES Y ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS
3	PAGINA 10 - NUMERAL 4.1 MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS CUANDO SU PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA INDIQUE ENVASE CON # LITROS, ENVASE CON # DE PIEZAS, CAJA CON # PIEZAS, ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA TECNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL VALOR DE LOS INSUMOS SEA MAYOR A \$5,000.00 PESOS, LOS CATALGOSO PRESENTADOS DEBERAN SER ORIGINALES Y ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS.
4	PAGINA 10 - NUMERAL 4.1 MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL CONSIDERAR PRESENTAR MUESTRAS POR FAMILIA CUANDO EL BIEN TENGA LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y LA UNICA DIFERENCIA SE LA MEDIDA DE ESTAS EJEMPLO PARTIDAS 76, 77, 78 Y 79 QUE SON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y LA UNICA DIFERENCIA SON LOS CALIBRES ¿FAVOR DE CONSIDERAR?	EL ÁREA TECNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, LAS MUESTRAS DEBERAN ENTREGARSE CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA PARTIDA OFERTADA.
5	PAGINA 11 - NUMERAL 4.3 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS DICE: DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FOLIADA DE MANERA CONSECUTIVA O POR PROPUESTA, ORDENADA Y CON SEPARADORES IDENTIFICANDO EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA FOLIAR DE MANERA INDEPENDIENTE LA DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVAMENTE / PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE, SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.
6	PAGINA 16 - NUMERAL 4.5.1 PROPUESTA TÉCNICA INDICA: "ANEXO TÉCNICO "MANIFIESTOS".	DEBIDO A QUE DENTRO DE LAS PRESENTES BASES NO SE ENCUENTRA EL "ANEXO TECNICO MANIFIESTOS",	RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, QUE LA PALABRA MANIFIESTOS NO DEBERÁ SER CONSIDERADA, Y LA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DENTRO DEL PRESENTE EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES NO PROPORCIONE DICHO ANEXO O EN SU DEFECTO NOS ACLARE CUALES SON LOS MANIFIESTOS CON LOS CUALES SE DARA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO ¿FAVOR DE PRECISAR?	FINALIZACIÓN DEL PÁRRAFO SERÁ "ANEXO TÉCNICO"				
7	<p>PAGINA 16 – NUMERAL 4.5.2 PROPUESTA ECONÓMICA INDICA:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO A EJERCER CON IVA INCLUIDO 60%</th> <th>PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO A EJERCER CON IVA INCLUIDO 40%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ XX XXX,XXX,XXX (XXXXX XXXXXXXX XXXXXX PESOS XXX'000 M.N.)</td> <td>\$ XX XXX,XXX,XXX (XXXXX XXXXXXXX XXXXXX PESOS XXX'000 M.N.)</td> </tr> </tbody> </table>	PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO A EJERCER CON IVA INCLUIDO 60%	PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO A EJERCER CON IVA INCLUIDO 40%	\$ XX XXX,XXX,XXX (XXXXX XXXXXXXX XXXXXX PESOS XXX'000 M.N.)	\$ XX XXX,XXX,XXX (XXXXX XXXXXXXX XXXXXX PESOS XXX'000 M.N.)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI DENTRO DE LOS RECUADROS ANTES REFERIDOS TENDREMOS QUE INDICAR EL IMPORTE DE NUESTRA PROPUESTA EN EL PORCENTAJE SOLICITADO ¿ES ESTO CORRECTO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR	DEBERÁ ATENDER A LA PRECISIÓN NÚMERO 1 POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SIENDO EL MÍNIMO A EJERCER DE \$62,267,339.17, CORRESPONDIENTE AL 60% (MÍNIMO A EJERCER) Y \$103,795,565.28, CORRESPONDIENTE AL 100% (MÁXIMO A EJERCER).
PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO A EJERCER CON IVA INCLUIDO 60%	PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO A EJERCER CON IVA INCLUIDO 40%						
\$ XX XXX,XXX,XXX (XXXXX XXXXXXXX XXXXXX PESOS XXX'000 M.N.)	\$ XX XXX,XXX,XXX (XXXXX XXXXXXXX XXXXXX PESOS XXX'000 M.N.)						
8	PAGINA 29 – ANEXO TÉCNICO – NUMERAL 2.1 – DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR DICE: "EL PROVEEDOR SOLO PODRA OFERTAR UNA MARCA POR FICHA TECNICA"	DEBIDO A QUE LOS TIEMPO DE ENTREGA SON MUY CORTOS SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MAS DE UNA MARCA EN UNA PARTIDA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, ÚNICAMENTE DEBERÁN OFERTAR UNA MARCA POR PARTIDA				
9	PAGINA 38 – ANEXO TÉCNICO – NUMERAL 4.7.3 – NORMAS Y CERTIFICACIONES INCISO B – NORMAS ESPECÍFICAS PARA APLICAR EN LOS INSUMOS DE LA SALUD - REGISTROS SANITARIOS	A FIN DE ECONOMIZAR EL USO DE PAPEL Y DEBIDO A QUE ALGUNOS REGISTROS SANITARIOS HACEN REFERENCIA A MAS DE UNA PARTIDA SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA, LOS REGISTROS SANITARIOS PRESENTADOS POR FAMILIA DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, INDICANDO DENTRO DE ELLOS LA O LAS PARTIDAS QUE AMPARA CADA UNO DE ELLOS, EN CASO CONTRARIO SERAN DESECHADAS LAS PARTIDAS NO INDICADAS.				
10	PAGINA 38 – ANEXO TÉCNICO – NUMERAL 4.7.3 – NORMAS Y CERTIFICACIONES INCISO B – NORMAS ESPECÍFICAS PARA APLICAR EN LOS INSUMOS DE LA SALUD – CERTIFICADOS DE CALIDAD	NUEVAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA O GRUPOS DE PARTIDAS YA QUE ESTOS CERTIFICADOS HACEN REFERENCIA A LA MARCA OFERTADA Y NO A UNA PARTIDA EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, SE ACEPTA, DEBERAN REFERENCIAR EN LOS CERTIFICADOS LA O LAS PARTIDAS AMPARADAS POR EL DOCUMENTO.				
11	PAGINA 38 – ANEXO TÉCNICO – NUMERAL 4.7.3 – NORMAS Y CERTIFICACIONES INCISO B – NORMAS ESPECÍFICAS PARA APLICAR EN LOS INSUMOS DE LA SALUD –	ES CORRECTO ENTENDER QUE PRESENTANDO ALGUNO DE LOS DOS CERTIFICADOS	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, ES CORRECTO.				



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

	CERTIFICADOS ÁRA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL	SOLICITADOS FDA O CE O JIS O TUV O ISO 13485:2016 SE DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO ¿ES ESTO CORRECTO?	
12	PAGINAS 40 Y 41 – CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE INDICA: "SE DEBE ANEXAR UNA CARTA DE APOYO POR MARCA DE INSUMOS PROPUESTOS..."	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE TRATA DE CARTA UNICA DEL FABRICANTE RESPALDANDO AL LICITANTE PARTICIPANTE ¿ES ESTO CORRECTO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE PRECISAR	EL ÁREA TÉCNICA RESPODE QUE, ES CORRECTO, DEBERAN PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO POR MARCA.
13	PAGINAS 41 – EXPERIENCIA DE LA EMPRESA: INDICA: "ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO..."	PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PUEDA ACEPTAR EL ESCRITO DE LIBERACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESENTADO	EL ÁREA TÉCNICA RESPODE QUE, NO SE ACEPTA, DEBERAN PRESENTAR CONTRATOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO.
14	PAGINAS 41 – EXPERIENCIA DE LA EMPRESA: INDICA: "...INCLUIR AL MENOS UN CONTRATO EN FORMATO PDF, QUE SE HAYA CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERIODO NO MAYOR A UN AÑO; ..."	EN RELACIÓN A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO REQUERIDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA EL PODER AMPLIAR EL PERIODO A CUANDO MENOS DOS AÑOS YA QUE EN LA MAYORIA DE LOS CASOS LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO AUN SE ENCUENTRAN VIGENTES EN CONTRATOS CON PLAZO A UN AÑO ¿FAVOR DE CONSIDERAR?	EL ÁREA TÉCNICA RESPODE QUE, SE ACEPTA, PODRAN PRESENTAN CONTRATOS CON UN PERIODO DE AL MENOS 3 AÑOS
15	PAGINAS 41 – TECNOVIGILANCIA INDICA: "COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA..."	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL OFICIO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN RELACION A LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA DEBERA DE VENIR EXPEDIDO A NOMBRE DEL LICITANTE Y/O PARTICIPANTE EN EL PRESENTE EVENTO Y SI LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA ¿ES ESTO CORRECTO?	EL ÁREA TÉCNICA RESPODE QUE, ES CORRECTO, LA CARTA DE ALTA DE UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA DEBERA ESTAR A NOMBRE DEL PARTICIPANTE. DE LO CONTRARIO SERA CAUSA DE DESACHAMIENTO DE LA PROPUESTA.
16	PAGINAS 88, DE LA 91 A LA 98 – ANEXO 23 – REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, ANEXO 26 – REQUISITOS A CUMPLIR PARA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS ANEXOS ANTES MENCIONADOS TIENEN CARÁCTER DE	RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, ES CORRECTO SOLO SON DE CARÁCTER INFORMATIVO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

	LA ENTREGA DE LOS BIENES, ANEXO 27 – CLAÚSULAS NO NEGOCIABLES	INFORMATIVOS POR LO SUPONEMOS QUE NO SERA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL NO INCLUIRLOS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ¿ES ESTO CORRECTO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE PRECISAR.	
17	ANEXO 1 – FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN PARTIDA 14 CLAVE SAICA 060.066.5555	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PRESENTACIÓN ENVASE 4 LITROS, TODA VEZ QUE EL RENDIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN ES DE 2000 LITROS LISTOS PARA USO, POR SER UN PRODUCTO SUPER CONCENTRADO SE UTILIZAN 2 ML POR LITRO DE AGUA, LO CUAL TIENE MAYOR RENDIMIENTO. ¿FAVOR DE CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, DEBERAN OFERTAR DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO.
18	ANEXO 1 – FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN PARTIDA 14 CLAVE SAICA 060.066.5555	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE PARA LA PARTIDA EN CUESTIÓN SE DEBERA INCLUIR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA EL CERTIFICADO DE BIODEGRADABILIDAD, ESTO PARA CONSIDERAR EL CUIDADO DEL AMBIENTE. ¿ES CORRECTO?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, PODRAN PRESENTAR DICHO DOCUMENTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
19	ANEXO 1 – FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN PARTIDA 14 CLAVE SAICA 060.066.5555	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA PRESENTACIÓN DE 4 LITROS YA QUE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL USUARIO, SIENDO MÁS FÁCIL LA MANIPULACIÓN, EVITANDO RIESGOS AL CARGAR UN ENVASE DE MAYOR VOLUMEN.	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE, NO SE ACEPTA, DEBERAN OFERTAR DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO.

2  
A  
C  
B  
H  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

**ADRIANA GUILLERMINA BUSSEY SARMIENTO, HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.1 MUESTRAS	CON RESPECTO A LA ENTREGA DE MUESTRAS NO SE DEBERÁ ANEXAR FICHAS TÉCNICAS O REGISTROS. SOLO ES LA ENTREGA FÍSICA DEL PRODUCTO JUNTO CON EL FORMATO ANEXO 1.4	RESPUESTA POR PARTE EL ÁREA TÉCNICA, DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS ÚNICAMENTE.
2		NO SE ESTARÁ MANEJANDO MINIMOS Y MÁXIMOS ES DECIR SE PEDIRÁ LA CANTIDAD TOTAL MENCIONADA DEL PRODUCTO FAVOR DE CONFIRMAR	RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, DEBERÁ ATENDER A LA PRECISIÓN UNO EFECTUADA POR LA CONVOCANTE.
3	NUMERAL 4.2 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA EL ANEXO 2 LO PUEDO ADECUAR A PERSONA FÍSICA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y EN EL APARTADO DE DONDE MENCIONA EL TIPO DE ESCRITURA DONDE COMPRUEBO PERSONALIDAD VA PLASMADO LOS DATOS DEL ACTA DE NACIMIENTO. FAVOR DE CONFIRMAR	RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, ES CORRECTO.
4	NUMERAL 4.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO G PÁGINA 14 DE LAS PRESENTE BASES.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS POR PREDIAL Y USO DE AGUA, ESTOS RECIBOS NO ESTÁN A NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LA LICITACIÓN, PERO SÍ ACREDITAN EL DOMICILIO FISCAL YA QUE AÚN NO SE TERMINA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL INMUEBLE, NO OBSTANTE, SE ANEXARÁN LAS CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS SOLICITADAS, ¿SIENDO QUE NO ESTÉN A NOMBRE DEL LICITANTE SE PODRÁN INGRESAR? FAVOR DE CONFIRMAR	RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO COINCIDAN CON SU DOMICILIO FISCAL.
5	NUMERAL 5.6.1 PROPUESTA DE PRECIOS MÁS BAJOS INCISOS A A H PAGINAS 26 A LA 27 DE LAS PRESENTES BASES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE QUE LLEGADO EL MOMENTO DE PUJAR, SI TODOS LOS LICITANTES CUYAS OFERTAS HAYAN SIDO ACEPTADAS Y CALIFICADAS, ESTÁN OBLIGADOS A ENTREGAR EL FORMATO DE PRECIO MÁS BAJO O, DADO EL CASO, SI EL LICITANTE NO QUIERE PARTICIPAR EN LA PUJA DE PRECIO MÁS BAJO NO SERÁ NECESARIO ENTREGAR DICHO FORMATO?; FAVOR DE ACLARAR	RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EL FORMATO PARA EL MEJORAMIENTO DE PRECIOS, SE ENTREGARÁ EL DÍA DEL EVENTO A LOS LICITANTE QUE ESTÉN INTERESADO EN UN MEJORAMIENTO DE PRECIOS SIEMPRE EL CUÁNDO ACREDITEN SU PERSONALIDAD MEDIANTE INSTRUMENTO LEGAL.
6		EN LA PARTIDA 101 DESCRIPCIÓN: BATA PARA PACIENTE MANGA ABOMBADA, ESPALDA TOTALMENTE ABIERTA POR EL CENTRO CON UN PAR DE CINTAS. PREGUNTA: PODRÍAN MANDARNOS UNA IMAGEN SOBRE TODO DE LA MANGA ABOMBADA, YA QUE GENERALMENTE LA BATA PACIENTE ES SIN MANGA O MANGA CORTA.	POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA. EL INSUMO OFERTADO DEBERÁ APEGARSE A LO DESCRITO EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA, LA MANGA DEBERÁ SER ANCHA PARA NO LASTIMAR Y NI LIMITAR LOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, LA MAGA ES CORTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

**BRAMATADO, S.A DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS**

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4.7.5. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	<p>EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 4.7.5 "CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE" EN DONDE SE SOLICITA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ACEPTE QUE SE ACEPTE PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA. Y DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA A LA EMPRESA PARTICIPANTE. YA QUE HAY FABRICANTES QUE NO EXTIENDEN CARTAS DE APOYO A EMPRESAS QUE NO SON CLIENTES REGISTRADOS EN SU PORTAFOLIO.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>por parte del área técnica. se acepta sin ser limitante para los demás participantes, en este caso deberán presentar ambas cartas de apoyo</p>
2	CUADRO DE REQUERIMIENTO	<p>DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DEL REQUERIMIENTO PARTIDA 13, CLAVE 060.066.0872, LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SE ENCUENTRA INCOMPLETA, POR LO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACLARE O COMPLETE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL CUADRO, TODA VEZ QUE LA PARTIDA DICE: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, LAPAROSCÓPICO Y EQUIPO MÉDICO, A BASE DE ENZIMAS PROTEASA 8%, AMILASA 6.67%, LIPASA 8.00%, CARBOHIDRASA 4.67%, Y CON SISTEMA APA (ACCIÓN PROTEOLICA AVANZADA), CONTIENE ALCOHOL ISOPROPILICO 10.00%. PH NEUTRO QUE ASEGURA EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS, 100% BIODEGRADABLE. PRESENTACIÓN: ENVASE CON 4 LITROS Y LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL CUADRO BÁSICO DEBE DECIR: "DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. LIQUIDO: FRASCO CON 1 A 5 LITROS, DOSIFICADOR INTEGRADO O CON CAPACIDAD PARA INTEGRAR EL DOSIFICADOR. ENVASE CON 6 FRASCOS O 12 FRASCOS DE 1 LITRO, O ENVASES CON 4 FRASCOS DE 5 LITROS. O POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES." **LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERÁ DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.</p> <p>¿PUEDE ACLARAR LA PRESENTACIÓN?</p>	<p>POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA. LA PRESENTACIÓN ES DE ENVASE CON 4 LITROS, LA DESCRIPCIÓN PLASMADA EN LA FICHA TÉCNICA ES LA QUE SE APEGA A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

- III. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE RESPONDIERON **NO** TENER ALGUNO.-----
- IV. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.-----
- V. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS LICITANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A **LA CONVOCANTE** ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES CUANDO ESTIME CONVENIENTE.-----
- VI. **LA CONVOCANTE** COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **07 DE NOVIEMBRE DE 2022**, A LAS **12:00 HORAS** EN ESTA MISMA SALA.-----
- VII. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **15:45 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. -----

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE  
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	ADOLFO ALONSO BONEQUI JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS.	
DIRECCIÓN JURIDICA Y NORMATIVA	LIC. JOSÉ LUIS CORTÉS SÁNCHEZ REPRESENTANTE	
SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS	ING. RENE FABIÁN PÉREZ JIMÉNEZ REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	T.R. MOISES GONZÁLEZ MARTÍNEZ JUD DE MATERIAL DE CURACIÓN	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30001122-020-  
2022, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN".

POR LOS LICITANTES

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.	ARIANA CORTES PÉREZ	
BIOTECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALINEE ARENAS MARTÍNEZ	
INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	MARÍA GUADALUPE FAJARDO HERRERA	
HI - TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT	
CONSORCIO INTERNACIONAL QUETZALCÓATL, S.A. DE C.V.	JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ LUNA	
HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V.	JOSÉ LUIS MACÍAS VÁZQUEZ	
FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	MICHEL LOZANO CASILLAS	
BENJAMÍN BAÑOS VÁZQUEZ	HAZAEEL GONZÁLEZ ALCARAZ	
LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ AGUIRRE	DIANA ISABEL MARTÍNEZ AGUIRRE.	
WACHUMA, S.R.L. DE C.V.	MELISSA ESPINOZA CALVO	
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	JOSÉ LUIS IZQUIERDO	
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	ANTONIO ROMERO GÓMEZ	
BRAMATADO, S.A. DE C.V.	FRIDA FERNANDA CRUZ MENDOZA	
ADRIANA GUILLERMINA BUSSEY SARMIENTO	ADRIANA GUILLERMINA BUSSEY SARMIENTO	

