



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO". OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

001 ATENCIÓN A LA SALUD
PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL
DEL EJERCICIO FISCAL 2024

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN LA TORRE INSIGNIA, EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NO.423, PISO 8º, COLONIA COMPLEJO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, C.P. 06900, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 36, 36 BIS, 37, 45, 46, 48, 65 Y 66 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39 Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR PÚBLICO (RLAASSP), EL LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, ASISTIDO POR EL C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, PROCEDE A DAR INICIO A LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO." HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES:

HECHOS

I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS:

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.
	LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES.
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
	LIC. MARÍA ISABEL MALDONADO MUNGUÍA REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS
	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE

00000000

00000008



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA

0001 ATENCIÓN A LA SALUD DE

PERSONAS SIN SEGURIDAD

DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. OSCAR MILLÁN ZAMBRANO REPRESENTANTE
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. ARIANA GALICIA MARTÍNEZ REPRESENTANTE
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO IMSS-BIENESTAR	DRA. ZAIRA JAZMÍN PADILLA LLAMAS REPRESENTANTE

II. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP, NO SE TIENE REGISTRO DE QUE EN ESTE ACTO HAYA ASISTIDO PERSONA ALGUNA EN CALIDAD DE OBSERVADOR.

ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

III. LAS PERSONAS MORALES QUE PRESENTARON SU PROPOSICIÓN VÍA ELECTRÓNICA (COMPRANET), SON LOS SIGUIENTES:

LICITANTES QUE PRESENTARON SU PROPOSICIÓN VÍA ELECTRÓNICA (COMPRANET)	
1-	ABSTEL S. DE R.L. DE C.V.
2	ABSTEN DIAGNOSTIK S.A. DE C.V.
3	AUG S.A. DE C.V.
4	BIODIST S.A. DE C.V.
5	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
6	CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.
7	DEWIMED S.A.
8	DIMSA INTERPRETACIÓN MEDICA S.A. DE C.V.
9.	ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A.
10	EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA S.A. DE C.V.
11	FEHLMEX S.A. DE C.V.
12	GERDYERIK S.A. DE C.V.

80000000

00000009



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975 T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA E001 ATENCIÓN A LA SALUD PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

LICITANTES QUE PRESENTARON SU PROPOSICIÓN VÍA ELECTRÓNICA (COMPRANET)	
13	HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.
14	IMPULSO MEXICANO S.A. DE C.V.
15	INELBIO S.A. DE C.V.
16	INSTRUMENTACIÓN MEDICA S.A. DE C.V.
17	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS S.A. DE C.V.
18	JRL SUPPLIERS S. DE R.L. DE C.V.
19	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.
20	MAINEQ DE MÉXICO S.A. DE C.V.
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.
22	MED RENT S.A. DE C.V.
23	QUANTUM MEDICAL GROUP S.A. DE C.V.
24	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.
25	TECNOMEDICS S.A. DE C.V.
26	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS S.A. DE C.V.
27	VE+ S.A.P.I. DE C.V.
28	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES S.A.P.I. DE C.V.
29	WACHUMA S. DE R.L. DE C.V.

IV. ACTO SEGUIDO, SE AGREGA A LA PRESENTE COMO ANEXO 1 LA CAPTURA DEL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DE LA CONSULTA REALIZADA AL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS IMPEDIDOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CORROBORAR QUE LOS LICITANTES A LA FECHA DE ESTE ACTO NO SE ENCUENTRAN SANCIONADOS.

V. TOMANDO EN CONSIDERACION LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE PROCEDE A COMUNICAR EL RESULTADO DE LOS DICTAMENES, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 36, 36 BIS DE LA LAASSP, Y 51 DEL RLAASSP, LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, SE REALIZARÁ UTILIZANDO EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, ES DECIR CUMPLE O NO CUMPLE, CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y EN LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASÍ COMO EN EL ANEXO I "ANEXO TÉCNICO" Y EN EL ANEXO 14 "FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA", A EFECTO DE QUE SE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, SE VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES CUMPLAN CON TODO LO SEÑALADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA TAL EFECTO, SE LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

EVALUACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y PROPOCISION ECONOMICA:

11000000

00000010



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARIO DE SALUD

0001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP Y EL NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA, LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA, FUE REALIZADA POR EL ÁREA CONTRATANTE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, A TRAVÉS DEL DICTAMEN RESPECTIVO, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO 2.

LA EVALUACIÓN CUALITATIVA, REALIZADA POR EL ÁREA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL/ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA, FUE DEBIDAMENTE COTEJADA CON LA BÓVEDA PROPORCIONADA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL COMPRANET, MEDIANTE ARCHIVO ZIP DE LOS LICITANTE EN LA QUE SE DETERMINÓ SI CUMPLIERON O NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA:

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP Y EL NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA, EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO MEDIANTE SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, EMITIDO POR LA ING. CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES, SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, SUSCRITO POR AUSENCIA DEL DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PREVISTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN MISMO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO 3.

EN ESE SENTIDO, SE PROCEDE A COMUNICAR LO SIGUIENTE:

- A. DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, SE ADVIERTE QUE NINGÚN LICITANTE PRESENTÓ PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

CONSE-CUTIVO	PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	27	531.923.0305	ULTRASONIDO TERAPÉUTICO, UNIDAD DE	EQUIPO	2
2	30	511.076.0401	ARCHIVEROS PARA PORTAOBJETOS	EQUIPO	3
3	44	51900056	CAMPANA DE HUMOS	EQUIPO	1

DERIVADO DE LO ANTERIOR, EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6 "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA O PARTIDAS", INCISO A DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA QUE:

"... 6.3.6. CONFORME A LO ESTABLECIDO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LAASSP Y 58 DEL RLAASSP, SE PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS CUANDO SE PRESENTE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- A. NO SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN CONSECUENCIA, SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS ENLISTADAS EN EL CUADRO QUE ANTECEDE AL NO CONTAR CON PROPOSICIONES ECONÓMICAS PARA LAS MISMAS.

00000011



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-902023-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO DE LAS PARTIDAS



2024 Felipe Carrillo PUERTO GOBIERNO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y LIBERADOR DEL MEXICO

B. DEL ANÁLISIS CUALITATIVO AL RESTO DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO A LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -----

1.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL ABSTEL, S. DE R.L. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:-----

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 14, 29, 53, 54 Y 55.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	-----	NO CUMPLE
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 14, 29, 53, 54 Y 55	-----
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

EN ESE SENTIDO, DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL LICITANTE ABSTEL S. DE R.L. DE C.V. NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN PUNTO 2. DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EL CUAL ESTABLECE: "... PERSONAS MORALES ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS ÚLTIMAS MODIFICACIONES; DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADAS E INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, ESTAS DEBERÁN ESTAR COMPLETAS Y LEGIBLES".

LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL LICITANTE ABSTEL S. DE R.L. DE C.V., A TRAVÉS DEL ANEXO 2 "ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA" REFIERE QUE SU ACTA CONSTIUTUTIVA ES LA NUMERO 979 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2006; NO OBSTANTE DE LA APERURA DEL ARCHIVO DENOMINADO "ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS U'LTIMAS DOS MODIFICACIONES ok", SE ADVIERTE QUE OBRAN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS NÚMEROS 34,137 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024; 22,955 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2018 Y 4,107 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2013, SIN EMBARGO, NO SE DESPRENDE QUE EN SU PROPOSICIÓN HUBIERE ADJUNTADO LA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA EN CUESTIÓN, CON LO CUAL SE PUEDA CORROBORAR EL PROTOCOLO DE INICIO DE SUS OPERACIONES COMERCIALES, SOCIOS Y OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, POR LO TANTO INCUMPLE CON EL REFERIDO REQUISITO DE PARTICIPACIÓN.-----

EN CONSECUENCIA, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE ABSTEL S. DE R.L. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISO A) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL ESTABLECE QUE:-----

"... 6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES, PARTIDA (S) O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS QUE SE UBIQUEN EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

a. CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA; ..."

81000000

00000012



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL **ABSTEN DIAGNOSTIK S.A DE C.V.** SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: -----

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 28.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	-----	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 28.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS COMO (ÁREA TÉCNICA), ATENDIENDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.1 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, INFORMÓ A TRAVÉS DE OFICIO **SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024** DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, QUE EL LICITANTE **ABSTEN DIAGNOSTIK S.A DE C.V.**, **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

" ...

EMPRESA	PAR TID A	CLAVE COMPEND IO/CODIG O CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO		CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIV A	FICHA TECNICA
ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	28	531.341.24 79	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	RADIOLOGIA	PIONEER	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: MUESTRA:NO AGREGA SU ORDEN DE SERVICIO Y NO SE VISUALIZA MARCA, NI MODELO DEL EQUIPO DEL QUE PROVIENE LA IMAGEN, NO SE VISUALIZAN LAS ESTRUCTURAS ANATOMICAS.	CUMPLE

" ...

CONSECUENTEMENTE, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **ABSTEN DIAGNOSTIK S.A DE C.V.** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL ESTABLECE QUE: -----

"... 6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES

00000013



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-07/2024/079 T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD

EQUIPO DE ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL COMPLEJO CLÍNICO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL TRABAJO

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE PARTICIPACIÓN DE PARTIDAS QUE SE UBIQUEN EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- a. CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA; ...
- h. CUANDO LA PROPOSICIÓN PRESENTADA, NO SE APEGUE EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA LEY, ASÍ COMO, A LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.2 "FICHA TÉCNICA", DE LA PRESENTE CONVOCATORIA...

3.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL AUG, S.A. DE C.V., SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTICIPACIÓN CONJUNTA:		
<ul style="list-style-type: none"> • PERFIL LATTICCE S. DE R.L. DE C.V. • COMERLAT S.A. DE C.V. 		
PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 24 Y 25.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 24 Y 25.	-----
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

4.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL BIODIST, S.A. DE C.V., SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 14, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 53, 54 Y 55.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 14, 31, 34, 37, 38, 53, 54 Y 55	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 28, 33, 36, 41 Y 43.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, ATENDIENDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.1 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, INFORMÓ A TRAVÉS DE OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILII/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, QUE EL LICITANTE BIODIST, S.A. DE C.V., **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", PARA

01000000

00000014



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-989007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE OPERACIÓN CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO" FEDERALES DEL PROGRAMA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL PASELITAMAR
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE DEL SERVIDOR

E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024

LAS PARTIDAS 28, 33, 36, 41 Y 43 CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO		CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
BIODIST S.A. DE C.V.	28	531.341.2479	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	FUJI FILM	FDR GO PLUS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.1.4 SE SOLICITO TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 3.5 MS O MENOR A 2 SEG O MAYOR Y OFERTO DE 1000 MS A 3000 MS
BIODIST S.A. DE C.V.	33	533.631.0155	MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO.	LEICA	CM1950	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN SU PROPUESTA PARA LOS PUNTO 2.2, 2.3 Y 2.4 NO OFERTA LA CANTIDAD DE ACCESORIOS SOLICITADOS
BIODIST S.A. DE C.V.	36	533.819.0555	UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA.	LEICA	HISTOCORE ARCADIA H/HISTOCORE ARCADIA C	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN LA CARTA ANEXADA, NO ANEXA EL ACCESORIO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.2.- ESPÁTULA O RASQUETA PARA PARAFINA.
BIODIST S.A. DE C.V.	41	533.860.0058	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.	LEICA	APERIO GT 450 DX	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.9 "GUIA MECANICA Y ELECTRICA" LA GUIA MECANICA Y ELECTRICA QUE PRESENTO PARA LA PARTIDA 41 NO ES UNA GUIA, ES EL PANO DE LA UNIDAD. 2. NUMERAL 6.10 "CRONOGRAMA DE INSTALACION Y CAPACITACION" NO PRESENTO EL CRONOGRAMA DE INSTALACION DE LA PARTIDA 41.	EN JUNTA DE ACLARACIONES SE ESPECÍFICO QUE SOLO SE ACEPTARIA UNA CARTA DE FABRICANTE PARA REFERENCIAR UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LA FICHA. EL LICITANTE REFERENCIÓ SETENTA Y UN PUNTOS.
BIODIST S.A. DE C.V.	43	53100885	EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA	LEICA	BOND MAX	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. LOS PUNTOS 1.6.6, 1.6.8 Y 1.6.9 LOS REFERENCIAN EN EL MODELO BOND-III PAG 115 Y EL MODELO OFERTADO ES EL BOND MAX.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **BIODIST, S.A. DE C.V.** PARA LAS PARTIDAS **28, 33, 36, 41 Y 43**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN.

5.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.** SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 16.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	

31900000

00000015



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-013-2024-00797 T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
REVOLOCACIONARIO Y LIBERADOR
DEL YUCATAN

OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 16.	CUMPLE	NO CUMPLE
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LA PARTIDA: 16	-----
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

6.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL CONDUIT LIFE S.A. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTICIPACIÓN CONJUNTA:

- BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 3, 4 y 28.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 3, 4 y 28.	-----
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

7.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA EMPRESA DEWIMED, S.A. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 5, 8, 9, 10, 15, 25 Y 42.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PAR LAS PARTIDAS: 5, 8, 9, 10, 15 Y 42	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA: 25
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, ATENDIENDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.1 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, INFORMÓ A TRAVÉS DE OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, QUE EL LICITANTE DEWIMED,

Y1000000

00000016



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-01/2024-07975-0 T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARIO DEL GOBIERNO FEDERAL
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL PUEBLO

OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA

S.A., **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", PARA LA PARTIDA 25 CONFORME A LO SIGUIENTE:**

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO		CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
DEWIMED, S.A.	25	531.328.01 81	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL.	BOWA / DEWIMED	ARC 350	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A : 1. NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO DE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL.

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA PARTIDA 25 POR EL LICITANTE DEWIMED S.A. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN COMENTO.

8.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL DIMSA INTERPRETACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 7 Y 22.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA XX PARTIDAS: 7 Y 22.	-----
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

9.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A., SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA: 29.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LA PARTIDA: 29	-----
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

31000000

00000017



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909000 T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"



OPERA DO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
0001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL SUPLENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

10.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN DE LA PERSONA MORAL EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 2, 5,11,12, 13, 14, 16, 26, 28, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 55.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	-----	NO CUMPLE
PROPOSICIÓN TÉCNICA	-----	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 2, 5,11,12, 13, 14, 16, 26, 28, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 55.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA EL LICITANTE EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V., NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN PUNTO 2. PERSONAS MORALES ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS ÚLTIMAS MODIFICACIONES; DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADAS E INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, COMPLETAS Y LEGIBLES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL REFERIDO LICITANTE A TRAVÉS DEL ANEXO 2 "ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA" REFIERE QUE SU ESCRITURA PÚBLICA TIENE LA REFORMA QUE OBRA EN LA ESCRITURA NUMERO 29,700 FECHA 05 DE ABRIL DE 2019, NO OBSTANTE, DE LA APERURA DEL ARCHIVO DENOMINADO "12 ACTA CONSTITUTIVA 30964" SE ADVIERTE QUE OBRA LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 30,964 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2016. ASIMISMO DE LA REVISIÓN A LA TOTALIDAD DE LA PROPOSICIÓN NO SE DESPRENDE QUE HUBIERE ADJUNTADO LA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN EN CUESTIÓN, POR LO TANTO INCUMPLE CON EL REFERIDO REQUISITO DE PARTICIPACIÓN.

AUNADO A LO ANTERIOR DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DE OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STIJUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, SEÑALÓ QUE EL LICITANTE EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", PARA LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PARTIDA A	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA, S.A. DE C.V.	2	531.191.0391	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO.	NIHON KODEN TEC-5631	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARRANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARRANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	NO CUMPLE DIBIDO A: 1. EL REGISTRO SANITARIO MENCIONA QUE EL TITULAR ES NIHON KOHDEN MEXICO, S.A. DE C.V Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS ES NIHON KOHDEN MEXICO, S.A. DE C.V. Y ACM MEDICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. POR LO QUE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACION SOLITADA EN EL

00000000

00000018



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-01/2024/0797 T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

30
E001. ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
							NUMERAL 6.A "CARTA DE APOYO" INCISO C.
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	5	531.225.0011	COLPOSCOPIO	ZEISS OPMI PICO SYSTEM	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	11	531.572.0549	LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	STEELCO DS600/1	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	12	531.572.0309	LAVADORA DESCONTAMINADORA.	STEELCO DS610/2SL	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	13	531.572.0507	LAVADORA ULTRASÓNICA.	STEELCO US 80	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	14	531.611.0011	MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	HOLOGIC SELENIA DIMENSIONS 3D	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.7.2 SE SOLICITO "MOVIMIENTO DE ROTACION DE -190 O MAYOR A +180 O MAYOR" Y OFERTO +195 A -155 PARA 2D Y DE +180 A -140 PARA 3D.
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	16	531.626.0081	MICROSCOPIO PARA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA.	ZEISS OPMI PENTERO 800 SYSTEM	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO	CUMPLE

81000000

00000019



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-007-2024-007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD

CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
EO01 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL



2024
Felipe Carrillo PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
						PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	26	531.806.0042	UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	STEELCO AD 400/1	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	28	531.341.2479	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	AGFA DR100	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	42	533.622.0925	MICROSCOPIO S. MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO.	CARL ZEISS PRIMOSTAR 1	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO, SON PARA EL MODELO PRIMOSTAR 3, EL LICITANTE OFERTA EL MODELO PRIMOSTAR 3
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	45	51100040	MESA TRANSPORTADORA DE INSTRUMENTAL	HERLIS ESPECIAL HM-LA PASTORA-01	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	46	51100040	MESA DE 230 ACERO INOXIDABLE CON GABINETES	HERLIS ESPECIAL HM LA PASTORA 05	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTO LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA	47	51100040	MESA DE 230 ACERO INOXIDABLE	HERLIS ESPECIAL HM	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A:	CUMPLE

11900000

00000020



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007375-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



CONCURSO DE ATENCIÓN CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
REPUBLICANISMO Y PROGRESO

EMPRESA	PARTIDA A	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.				LA PASTORA 06		1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	48	51100040	MESA DE 120 ACERO INOXIDABLE	HERLIS	ESPECIAL HM LA PASTORA 04	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	49	51100040	MESA DE 280 ACERO INOXIDABLE	HERLIS	ESPECIAL HM-LA PASTORA-02	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	50	51100040	MESA DE 60 ACERO INOXIDABLE	HERLIS	ESPECIAL HM LA PASTORA 03	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	51	531.385.1031	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO	STEELCO	PL 130/2	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO CORRESPONDE A UN ESTERILIZADOR DE VAPOR NO A UNO DE BAJA TEMPERATURA.
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	52	531.385.0835	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	STEELCO	VS 6/2	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA	CUMPLE

05000000

00000021



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017/2024/7975 T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD

E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL



2024
Felipe Carrillo PUERTO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
						GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	
EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	53	531.611.0033	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREO TAXI A Y TOMOSINTESIS	HOLOGIC	SELENIA DIMENSIONS 3D	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.9.2 SE SOLICITO "MOVIMIENTO DE ROTACION DE -190 O MAYOR A +180 O MAYOR" Y OFERTO +195 A -155 PARA 2D Y DE +180 A -140 PARA 3D.
EQUIPAMIENTO EN INGENIERIA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	55	531.341.0481	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUROSCOPIC A DIGITAL CON TELEMANDO	VILLA SISTEM MEDICALI	APOLLO DRF	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD AD DIAGNÓSTIC A EN LA IMAGEN 2. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARANTIA CONFORME EL ANEXO 1.3.	CUMPLE

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN COMENTO.

11.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL FEHLMEX, S.A. DE C.V., SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 11, 13, 39, 40 Y 52.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 11, 13, 39 Y 40.	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA: 52.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DE OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, SEÑALÓ QUE EL LICITANTE FEHLMEX, S.A. DE C.V. EN LA PARTIDA 52 NO

00000022



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PARTIDA A	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	OPERADO MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
FEHLMEX, S.A. DE C.V.	52	531.385.0835	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	FEHLMEX AZTECA A-420	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.6 SE SOLICITÓ ESTRUCTURA, CÁMARA, CHAQUETA, TUBERIAS Y PUERTAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y OFERTO CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304.

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA PARTIDA 52 DEL LICITANTE FEHLMEX, S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PREVIAMENTE CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA.

12.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL GERD YERIK, S.A. DE C.V, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 18,19, 20 Y 21	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARALAS PARTIDAS: 18,19, 20 Y 21	-----
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

13.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 2, 3, 4, 6, 15, 24, 25 Y 51.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----

55000000

00000023



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA 001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
REVOLUCIÓN MEXICANA Y LIBERACIÓN DEL YACÁN

PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA XX PARTIDAS: 2, 3, 4, 6, 15, 24, 25 Y 51.	
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	

14.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 28 Y 55.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	
PROPOSICIÓN TÉCNICA		NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 28 Y 55
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DEL OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, REFIRIÓ QUE EL LICITANTE IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V. **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** EN LAS PARTIDAS 28 Y 55, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PA RT ID A	CLAVE COMPENDIO/C ODIGO CUCOP	DESCRIPCIO N	BIEN OFERTADO MARCA MODELO		CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	28	531.341.2479	UNIDAD RADIOLÓGIC A PORTÁTIL.	CARES TREAM	REVOLU TION	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. MUESTRA: LA MUESTRA NO ES VALORABLE POR FALTA DE NITIDEZ DE ORGANOS INTRA ABDOMINALES	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.7 SE SOLICITÓ PESO DE 440 KG Y OFERTO 558 KG
IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	55	531.341.0481	UNIDAD RADIOLOGIC A Y FLUROSCOPI CA DIGITAL CON TELEMANDO	CARES TREAM	EXCEL PLUS	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. MUESTRA: LA MUESTRA NO ES VALORABLE POR FALTA DE VISUALIZACION DE LAS PORCIONES SOMATICAS VERTEBRALES Y NO APEGARSE A LA TANGENCIALIDAD DEL RAYO CENTRAL QUE NO PERMITE VALORAR ASAS DE INTESTINO DELGADO	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN SU ANEXO 19 OFERTÓ EL MODELO EXCEL PLUS Y EN SU ANEXO 1.2 EL MODELO DRX EXCEL.

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LAS PARTIDAS 28 Y 55 DEL LICITANTE IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V. DE GONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO

25000000

00000024



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE NOS OCE...

15.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL INELBIO, S.A. DE C.V., SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 39 y 40.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	-----	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 39 y 40.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DEL OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, REFIRIÓ QUE EL LICITANTE INELBIO, S.A. DE C.V. EN LAS PARTIDAS 39 Y 40 **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE**, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PAR TIDA	CLAVE COMPENDIO/C ODIGO CUCOP	DESCRIPCIO N	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
INELBIO, S.A. DE C.V.	39	533.787.0181	REFRIGERAD OR PARA LABORATORI O USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS.	DELCA CIENTÍ FICA RD-13D	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.5 "EXPERIENICA DE LA EMPRESA" NO PRESENTO CARTA DE LIBERACION DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/FACTURA, PRESENTO ORDEN DE SERVICIO. 2. NUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" NO PRESENTÓ CERTIFICADO O DIPLOMA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO. 3. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.12.2. SE SOLICITÓ ENTREPAÑO Y SI OFERTÓ PARRILAS. 2. LA CARTA DE APOYO QUE PRESENTO NO INCLUYE EL TEXTO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.
INELBIO, S.A. DE C.V.	40	533.786.0026	REFRIGERAD OR VERTICAL PARA LABORATORI O CAP. 20 PIES CÚBICOS.	DELCA CIENTÍ FICA RD-19D	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.5 "EXPERIENICA DE LA EMPRESA" NO PRESENTÓ CARTA DE LIBERACION DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/FACTURA, PRESENTÓ ORDEN DE SERVICIO.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.12.2. SE SOLICITÓ MÍNIMO CUATRO ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y OFERTO CUATRO PARRILAS.

0000000

00000025



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
BIBLIOTECA DEL PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL 2024
PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL
DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
REPUBLICANISMO Y PROGRESO
DE LA MAYORÍA

EMPRESA	PAR TIDA	CLAVE COMPENDIO/C ODIGO CUCOP	DESCRIPCIÓN	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
						2. NUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" NO PRESENTÓ CERTIFICADO O DIPLOMA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO. 3. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TECNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO.	

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LAS PARTIDAS 39 Y 40 DEL LICITANTE INELBIO, S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE NOS OCUPA.

16.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL INSTRUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 8, 10, 12, 13, 15, 24, 25 y 51.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 10, 12, 13, 15, 24, 25 y 51.	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA: 8
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DEL OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, SEÑALÓ QUE EL LICITANTE INSTRUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V. EN LA PARTIDA 8 NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PA RT ID A	CLAVE COMPENDIO/C ODIGO CUCOP	DESCRIPCIÓN	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V.	8	531.562.1496	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	STERIS XLED	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. OFERTÓ UN DIAMETRO DE ILUMINACION DE 25 A 30 CM A 1M DE LA FUENTE Y EN EL PUNTO 1.2.11.1 SE SOLICITO "DIAMETRO DE ILUMINACION DE

TS000000

00000026



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
HEREDERO DEL PRESIDENTADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL PUEBLO

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
							19 A 24 CM O MAYOR A 1 M DE LA FUENTE".

...
POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA PARTIDA 8 DEL LICITANTE INSTRUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA.

17.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V., SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 8, 9, 10, 15, 17, 29, 33, 34 Y 38.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	-----	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 8, 9, 10, 15, 17, 29, 33, 34 Y 38.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DE OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEIL/1707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, ASENTÓ QUE EL LICITANTE INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V., EN LAS PARTIDAS 8, 9, 10, 15, 17, 29, 33, 34 Y 38, **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	8	531.562.14 96	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	PRAZISE PRZ-2	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A : 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARANTIA PARA LA PARTIDA 8. 2. NUMERAL 6.9 "GUÍA MECÁNICA" NO PRESENTÓ GUÍA MECÁNICA Y ELECTRICA PARA LA PARTIDA 8. 3. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS.	CUMPLE
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	9	531.562.09 05	LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA.	PRAZISE PZR-30M	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A : 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.2.2 SE SOLICITÓ "ABATIBLE DE +35 GRADOS/-45 GRADOS" Y OFERTÓ +35 GRADOS/45 GRADOS
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	10	531.562.14 65	LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OPERACIÓN MANUAL.	PRAZISE PZR 1	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A : 1. NUMERAL 6.9 "GUÍA MECÁNICA" NO PRESENTÓ GUÍA MECÁNICA Y ELECTRICA PARA LA PARTIDA 10. 2. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO"	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.4.5.1 SE SOLICITÓ "DIAMETRO DE ILUMINACION AJUSTABLE DE 150 A 280 MM", Y EN SU

25000000

00000027



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
OPERACIONES DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
BIEN OFERTADO A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

EMPRESA	PARTIDA A	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	OPERACIONES DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	BIEN OFERTADO A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
						NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS.	CATALOGO MENCIONA QUE ES DE 250 A 280 MM. 2. EN EL PUNTO 1.4.5.2 SE SOLICITÓ "PROFUNDIDAD DE ILUMINACION L1 + L2 A 20% DE 1000 MM A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE Y SIN REENFOQUE" Y EN SU CATALOGO NO OFERTO EL 20%.
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	15	531.616.5116	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA.	PRAIZE	PZR-E300C	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS.	CUMPLE
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	17	531.773.0207	REFRIGERADOR PARA CADÁVERES.	DELCA	REF. GCAF-2	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.6 "GARANTIA DE LOS BIENES" NO PRESENTÓ LA CARTA GARANTIA PARA LA PARTIDA 17. 2. NUMERAL 6.9 "GUÍA MECÁNICA" NO PRESENTÓ GUÍA MECÁNICA Y ELECTRICA PARA LA PARTIDA 17. 3. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NO PRESENTÓ CARTA DONDE OLAKINO MEDICAL MANIFIESTE QUE ES DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL FABRICANTE DELCA.
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	29	531.341.2571	RAYOS X CON FLUORSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	SLA-70-PRO	SISTEMA DE RADIOLOGIA ARCO EN MOVIL	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.1.3.-CORRIENTE EN FLUORSCOPIA PULSADA O CONTINUA DE 3 MA. O MENOR A 200 MA. O MAYOR Y OFERTO DE 0.3 MA A 30 MA. 2. NO PRESENTÓ TODAS LAS CARTAS QUE CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.4 "CARTA DE APOYO", INCISO C
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	33	533.631.0155	MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO.	SLEE MEDICAL	MEV+	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS. 2. NUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" PRESENTO DOCUMENTACION DE DOS INGENIEROS QUE ACTUALMENTE TRABAJAN EN CARL ZEISS, Y EN SU ANEXO 15 PROPOSICION CONJUNTA INDICA QUE ESTE ANEXO NO LE APLICA, PARA LOS OTROS TRES INGENIEROS RESTANTES NO PRESENTO CV Y LOS CERTIFICADOS UNICAMENTE SON DE LA MESA DE CIRUGIA, FALTANDO PARA LAS DEMAS PARTIDAS OFERTADAS.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. PARA EL PUNTO 2.2. OFERTÓ UN MANGO DE BISTURI Y SE SOLICITAN MANGOS PARA LA MANIVELA.
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	34	533.860.0041	EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS.	SLEE MEDICAL	MAS/M	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.15.11 SE SOLICITA: POSIBILIDAD DE RASTREAR LOS PORTAOBJETOS ELABORADOS, MEDIANTE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. NO LO OFERTÓ EN SU PROPOSICIÓN. 2. EN EL PUNTO 2.1 CERTIFICADO DE LIBRE VENTA CE, REFERENCIA AL MODELO TINCIÓN LINEAL CROMATEC I&II, MARCA SLEE

00000000

00000028



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
HEREDERO DEL PRESIDENTE
REVOLOCACIONARIO Y DEFENSOR
DEL PUEBLO

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCIÓN	BIEN OFERTADO	PROGRAMA	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	38	533.746.0108	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS.	SLEE MEDICAL	MTP	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS.	MEDICAL, EN SU PROPOSICIÓN OFERTA EL MODELO MAS/M MARCA SLEE MEDICAL. 3. EN EL PUNTO 2.2 CERTIFICADO ISO:13485:2016. SOLO INTEGRAL, LA TRADUCCIÓN DEL CERTIFICADO, NO ANEXA EL DOCUMENTO EN ORIGINAL. 4. EN EL PUNTO 6.4 CARTA DE APOYO. ADJUNTA LA CARTA DE APOYO FIRMADA POR CARL ZEISS, SIN EMBARGO; EN LA CARTA, SE DA APOYO AL MODELO TINCIÓN LINEAL CROMATEC I&II, MARCA SLEE MEDICAL, EL LICITANTE OFERTA EN SU PROPOSICIÓN EL MODELO MAS/M MARCA SLEE MEDICAL. NO CUMPLE DENIDO A: 1. EN EL ANEXO 19 Y ANEXO 1.2 OFERTO EL MODELO MTP, SIN EMBARGO REFERENCIA LOS PUNTOS DE LA FICHA EN EL MANUAL Y CATÁLOGO DEL MODELO MTM I.

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE **INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN COMENTO.

18.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL **JRL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.**, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 8, 39, 40 y 52.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	-----	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 8, 39, 40 Y 52.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

00000000

00000029



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
PROPUESTA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN TÉCNICA EN SALUD SOCIAL
PERSONAL EJECUTIVO DEL EJERCICIO 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSTRUMENTOS MÉDICOS, PARA EL ÍTEM 1501 SSSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, INEGRAMO QUE SE LICITÓ ANTE JRL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V. EN LAS PARTIDAS 8, 39, 40 Y 52, **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPEN DIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
JRL SUPPLIER S. S. DE R.L. DE C.V.	8	531.562.1496	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	ADVANCED INSTRUMENTAL ONES INC. SL 700700 LED	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL MANUAL INDICA QUE EL EQUIPO TIENE UNICAMENTE UN CONTROL EN EL BRAZO Y SE SOLICITÓ UN CONTROL EN LÁMPARA (PUNTO 1.2.15) Y UNO PARA PARED (PUNTO 1.2.14).
JRL SUPPLIER S. S. DE R.L. DE C.V.	39	533.786.0181	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS.	DELCA CINETIFICA RD-13D	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.12.2. SE SOLICITÓ ENTREPAÑO Y SE OFERTÓ PARRILAS. 2. EN SU PROPOSICIÓN NO OFERTÓ LA CANTIDAD DE 150 PAPELES PARA TERMOGRAFICADOR SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.1. 3. EN SU PROPOSICIÓN NO OFERTÓ DOS PLUMILLAS PARA TERMOGRAFICADOR SOLICITADAS EN EL PUNTO 3.2.
JRL SUPPLIER S. S. DE R.L. DE C.V.	40	533.786.0026	REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS.	DELCA CINETIFICA RD-13D	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL ANEXO 19 "PROPUESTA TÉCNICA" OFERTÓ RD-13D Y EN EL ANEXO 1.2 "FICHA TECNICA" OFERTÓ RD-19D.
JRL SUPPLIER S. S. DE R.L. DE C.V.	52	531.385.0835	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	SIMEX ECV 2448 DPD-E-MCIII	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.13 "SOPORTE TÉCNICO" NO PRESENTÓ RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. PRESENTÓ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SIN REFERENCIAR NINGUN EQUIPO, SIN EMBARGO EL ESTERILIZADOR DE VAPOR REQUIERE REGISTRO

00000000

00000030



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024
Felipe Carrillo PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE SALUD

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
							SANITARIO. 2. PRESENTÓ SOLICITUD DE VISITA DE VARIFICACIÓN SANITARIA PARA CERTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION Y LO SOLICITADO ES EL CERTIFICADO DE LA NOM 241-SSA1-2012 BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS.

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE JRL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN COMENTO.

19.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 1, 35 Y 36.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 1 Y 35.	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA: 36
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DEL OFICIO SSCDMX/SPSMII/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, SEÑALÓ QUE EL LICITANTE LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., EN LA PARTIDA 36 **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE**, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	36	533.819.0555	UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA.	EPREDIA HISTOSTAR A81000002	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1.PARA EL PUNTO 1.5 CAPACIDAD DE DEPÓSITOS PARA CASETE DE AL MENOS 150. NO SE ENCONTRÓ LA INFORMACIÓN EN EL

08000000

00000031



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO DEL ESTADO

EMPRESA	PA RT ID A	CLAVE COMPENDIO/C ODIGO CUCOP	DESCRIPCIO N	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
			 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024				CATALOGO. 2. PARA EL PUNTO 1.10. SOPORTE DE PIENZAS AJUSTABLE O PORTAPINZAS PARA SOSTENER VARIOS TIPOS DE PINZAS, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN EL CATALOGO ADJUNTO. 3. PARA EL PUNTO 1.11 CALENTADOR DE PINZAS INTEGRADO, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN EL CATALOGO ADJUNTO. 4. PARA EL PUNTO 1.12 APOYAMANOS QUE PERMITE LIBERTAD DE MOVIMIENTOS SIN QUEMARSE, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN EL CATALOGO ADJUNTO. 5. PARA EL PUNTO 1.15 CONTROLES DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE PARA: DEPÓSITO DE PARAFINA, SUPERFICIE DE TRABAJO: PARA PLACA CALIENTE Y PLACA FRÍA, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN EL CATALOGO ADJUNTO. 6. PARA EL PUNTO 1.17 PANTALLA TÁCTIL COMO MÍNIMO 4.3 PULGADAS, PARA DESPLIEGUE DE PARÁMETROS PORGRAMADOS Y MEDIDOS, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN EL CATALOGO ADJUNTO. 7. PARA EL PUNTO 1.17.2 MENSAJE DE ERROR. REFERENCIA UNA IMAGEN, SIN EMBARGO; EN ELLA NO SE INDICA NADA REFERENCIADO A LO SOLICITADO. 8. PARA EL PUNTO 1.18 HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO ENTRE 20% Y 85%. SIN CONDENSACIÓN, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN EL CATALOGO ADJUNTO. 9. PARA EL PUNTO 1.19. DEBE INCLUIR CANALES O SISTEMA DE SALIDA DE PARAFINA, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN EL CATALOGO ADJUNTO.

EN CONSECUENCIA, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA PARTIDA 36 DEL LICITANTE LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN.

20.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL MAINEQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

00000000

00000032



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
OPERACIÓN CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
GERENCIALES DEL PROGRAMA
001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL
DEL EJERCICIO FISCAL 2024

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 23 Y 42	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA: 7
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DEL OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, SEÑALÓ QUE LA PERSONA MORAL MAINEQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V. EN LA PARTIDA 7 **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE**, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

EMPRESA	PA RT ID A	CLAVE COMPENDIO/C ODIGO CUCOP	DESCRIPCIO N	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
MAINEQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	7	531.829.0771	SISTEMA MANUAL PARA BIOPSIA MAMARIA.	BARD MN1410	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. MODIFICARON EL ANEXO 1.2 "FICHA TECNICA", NO OFERTARÓN LA GARANTÍA DEL BIEN. 2. NO ANEXA REGISTRO SANITARIO. 3. NO INCLUYE CERTIFICADO DE LIBRE VENTA: FDA O CE O JIS O EQUIVALENTE SEGÚN PAÍS DE ORIGEN.

CONSECUENTEMENTE, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA PARTIDA 7 DEL LICITANTE MAINEQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN. -----

21.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: -----

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 3, 4, 13, 18, 19, 20, 21 Y 37.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----

00000000

00000033



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE SALUD

PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 3 Y 4.	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 13, 18, 19, 20, 21 Y 37.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DEL OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, REFIRIÓ QUE LA PERSONA MORAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. EN LAS PARTIDAS 13, 18, 19, 20, 21 Y 37 **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE**, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCIÓN	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	13	531.572.0507	LAVADORA ULTRASONICA	JP SELETA ULTRASONS-HD	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. PRESENTÓ ISO 14001:2015 "SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL" Y SE SOLICITO ISO 13485:2016
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	18	531.829.0887	SISTEMA ECOGRÁFICO	PHILIPS AFFINITI 50	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD DIAGNOSTICA EN LA IMAGEN DE ORGANOS INTERNOS ABDOMINALES, Y DE LAS ESTRUCTURAS GLANDULARES DE MAMA	CUMPLE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	19	531.924.0031	ULTRASONÓGRAFO	PHILIPS AFFINITI 30	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA IMAGEN DE ORGANOS INTERNOS ABDOMINALES, Y DE LAS ESTRUCTURAS GLANDULARES DE MAMA	CUMPLE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	20	531.829.0887	SISTEMA ECOGRÁFICO	PHILIPS AFFINITI 30	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA IMAGEN DE ORGANOS INTERNOS ABDOMINALES, Y	CUMPLE

00000000

00000034



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

EMPRESA	PA RT ID A	CLAVE COMPENDIO/C ODIGO CUCOP	DESCRIPCIO N	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
						DE LAS ESTRUCTURAS GLANDULARES DE MAMA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	21	531.319.0013	ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PHILIPS AFFINITY 50	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA IMAGEN DE ÓRGANOS INTERNOS ABDOMINALES, Y DE LAS ESTRUCTURAS GLANDULARES DE MAMA	CUMPLE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	37	533.631.0106	MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	HISTOLINE MRS3500-S	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EL LICITANTE PRESENTA EL CATALOGO 2 DONDE REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DE LA FICHA TÉCNICA PARA EL BIEN OFERTADO, SIN EMBARGO; EL CATÁLOGO ES DEL MODELO GEMINI Y EL OFERTADO EN SU PROPOSICIÓN ES MARCA HISTOLINE, MODELO MRS3500-S 2. EN EL PUNTO 1.13 TAMAÑO DE MUESTRA: 50MM LARGO X 60MM X 40MM ALTO. DE ACUERDO CON LA PREGUNTA 617315, EL OFERENTE REFERENCIA QUE SE OFERTARAN DOS TAMAÑOS DE MUESTRA (40X40 MM Y 50X55 MM). SIN EMBARGO; EN EL CATÁLOGO SOLO SE MENCIONA EL TAMAÑO DE 70 X 70 MM.

..."
POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LAS PARTIDAS 13, 18, 19, 20, 21 Y 37 DEL LICITANTE **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA.

22.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL **MED RENT, S.A. DE C.V.** SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA: 6.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	

AE000000

00000035



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE SALUD
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA 0001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPOSICIÓN TÉCNICA	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA: 6
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DEL OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, INFORMÓ QUE LA PERSONA MORAL MED RENT, S.A. DE C.V. EN LA PARTIDA 6 **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE**, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCIÓN	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
MED-RENT, S.A. DE C.V.	6	531.333.0317	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	CADWELL SIERRA SUMMIT	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.22 "TECNOVIGILANCIA" PRESENTÓ ESCRITO DONDE MANIFIESTA QUE NO APLICA EL NUMERAL PARA LA PARTIDA OFERTADA, SIN EMBARGO SI LE APLICA, POR SER UN DISPOSITIVO MEDICO QUE REQUIERE REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE

CONSECUENTEMENTE, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA PARTIDA 6 DEL LICITANTE MED RENT, S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN. -----

23.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: -----

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 2, 24, 25 Y 32.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	-----	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 2, 24, 25 Y 32.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DE OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, INFORMÓ QUE EL LICITANTE QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V. EN LAS PARTIDAS 2, 24, 25 Y 32, **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO

00000036



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPEN DIO/COD IGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OPERADO / MARCA / MODELO	CUMPLE/ NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	2	531.191.0391	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO.	CU-MEDICAL CU-HD1	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.22 "TECNOVIGILANCIA" NO PRESENTÓ LAS CARTAS SOLICITADAS EN LOS PUNTOS 2 Y 3.	CUMPLE
QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	24	531.328.0116	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA.	QMG XEIP O-1000	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.22 "TECNOVIGILANCIA" NO PRESENTÓ LAS CARTAS SOLICITADAS EN LOS PUNTOS 2 Y 3.	CUMPLE
QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	25	531.328.0181	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.	QMG XEIP O-1000	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.22 "TECNOVIGILANCIA" NO PRESENTÓ LAS CARTAS SOLICITADAS EN LOS PUNTOS 2 Y 3.	CUMPLE
QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	32	533.224.1750	CENTRÍFUGA PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS	ELMI CM-8S	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.22 "TECNOVIGILANCIA" NO PRESENTÓ LAS CARTAS SOLICITADAS EN LOS PUNTOS 2 Y 3.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. PUNTO 1.4.1.1. NO CUMPLE CON VELOCIDAD PROGRAMABLE MÁXIMA DE 2,500 RPM, OFERTA VELOCIDAD DE 4500 RPM. 2. NO ADJUNTA CARTA DONDE EL FABRICANTE INDICA QUE ELMI MEXICO ES EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO.

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN COMENTO.

24.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 15, 33, 34, 36, 37, 38, 41 Y 54.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----

00000000

00000037



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES DEL PROGRAMA
ATENCIÓN A LA SALUD DE
PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL
DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
MANIFIESTO DEL PROLETARIADO,
PAISAJE URBANO Y RESPONDER
DEL MAYA

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 36, 37, 38, 41 Y 54.	CUMPLE	NO CUMPLE
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 33, 34, 36, 37, 38, 41 Y 54.	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 15 Y 30.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 15, 33, 34, 36, 37, 38, 41 Y 54.	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA: 30.

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DEL OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, REFIRIÓ QUE LA PERSONA MORAL SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., EN LAS PARTIDAS 15 Y 30 **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE**, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCIÓN	BIEN OFERTADO MARCA MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
SERVICIO Y VENTAL DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	15	531.616.5116	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA.	MEDIFA 601820	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1.- 2.1.8 REFERENCIA EL ACCESORIO SOLICITADO EN UNA MESA DE EXPLORACION MODELO: 81650
SERVICIO Y VENTAL DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	30	511.076.0401	ARCHIVEROS PARA PORTAOBJETOS.	SAKURA TISSUE-TEK LAB AID ULTRA II	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NO PRESENTÓ ANEXO 1.2 DEBIDAMENTE REFERENCIADO, ASÍ COMO REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADOS Y CARTA DE APOYO APLICABLE, ÚNICAMENTE OFERTÓ EL BIEN EN EL ANEXO 19.

AUNADO A LO ANTERIOR, EL LICITANTE **NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE** PARA LA PARTIDA 30, TODA VEZ QUE, PRESENTA PROPOSICION TÉCNICA PARA DICHA PARTIDA, SIN EMBARGO, NO COTIZA LA MISMA.-----

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LAS PARTIDAS 15 Y 30 DEL LICITANTE **SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA. -----

25.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL **TECNOMEDICS, S.A. DE C.V.** SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: -----

00000000

00000038



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA 3 Y 4	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	-----	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 3 Y 4.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DE OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, INFORMÓ QUE EL LICITANTE **TECNOMEDICS, S.A. DE C.V.** EN LAS PARTIDAS 3 Y 4, **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/ NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
TECNOMEDICS, S.A. DE C.V.	3	531.632.0554	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (5 MONITORES).	TECNO MEDICS	TECNO LIVE V8 NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A : 1. MUESTRAS: NO PRESENTÓ MUESTRA COMPLETA, FALTÓ CENTRAL Y SIMULADOR DE PACIENTE, ÚNICAMENTE PRESENTÓ UN MONITOR. 2. NUMERAL 6.9 "GUÍA MECÁNICA" NO PRESENTO GUÍAS MECÁNICAS, EN SU LUGAR ANEXA CARTA COMPROMISO, DONDE INDICA, EN CASO DE SER ADJUDICADO, ENTREGARA GUÍA MECÁNICA	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NO OFERTÓ LOS TRES AÑOS DE GARANTÍA EN EL APARTADO "GARANTÍA DEL BIEN" DEL ANEXO 1.2 2. NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO SOLICITADA EN EL NUMERAL 6.4 "CARTA DE APOYO", INCISO A.
TECNOMEDICS, S.A. DE C.V.	4	531.632.0554	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 MONITORES).	TECNO MEDICS	TECNO LIVE V8 NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A : 1. MUESTRAS: NO PRESENTÓ MUESTRA COMPLETA, FALTÓ CENTRAL Y SIMULADOR DE PACIENTE, ÚNICAMENTE PRESENTÓ UN MONITOR. 2. NUMERAL 6.9 "GUÍA MECÁNICA" NO PRESENTÓ GUÍAS MECÁNICAS, EN SU LUGAR ANEXA CARTA COMPROMISO, DONDE INDICA, EN CASO DE SER ADJUDICADO, ENTREGARA GUÍA MECÁNICA	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NO OFERTÓ LOS TRES AÑOS DE GARANTÍA EN EL APARTADO "GARANTÍA DEL BIEN" DEL ANEXO 1.2 2. NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO SOLICITADA EN EL NUMERAL 6.4 "CARTA DE APOYO", INCISO A.

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE **TECNOMEDICS, S.A. DE C.V.** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN COMENTO. -----

88000000

00000039



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
REPUBLICA MEXICANA

26.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PERSONA MORAL TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 18, 19, 20, 21, 54 Y 55.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	-----	NO CUMPLE
PROPOSICIÓN TÉCNICA	CUMPLE PARA LAS PARTIDA: 18, 19, 21, 54 Y 55	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA: 20
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

EN ESE SENTIDO, DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL LICITANTE TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.2 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" PUNTO 18 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EL CUAL ESTABLECE: "... 18. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES, (ANEXO 13)".

LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL REFERIDO LICITANTE, EN EL PARÁMETRO HABILITADO EN LA PLATAFORMA COMPRANET PARA LA CARGA DEL MANIFIESTO EN CUESTIÓN, ADJUNTÓ UN ARCHIVO DENOMINADO "29- NO INHABILITADOS", EL CUAL NO CORRESPONDE CON LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DEL "MANIFIESTO DE NO INHABILITACIÓN".

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, SE EFECTUÓ LA BÚSQUEDA EN LA TOTALIDAD DE LA BÓVEDA EN LA QUE OBRA LA PROPOSICION DEL LICITANTE, SIN QUE FUERE LOCALIZADO EL MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES (ANEXO 13).

ASIMISMO, DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DE OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, INFORMÓ QUE EL LICITANTE TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. EN LA PARTIDA 20, **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PAR TIDA	CLAVE COMPEN DIO/COD IGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/ NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
TELECOM UNICACIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	20	531.829.0 887	SISTEMA ECOGRÁFICO.	CANO N XARIO-100G	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA IMAGEN DE ÓRGANOS INTERNOS ABDOMINALES, Y DE LAS ESTRUCTURAS GLANDULARES DE MAMA	CUMPLE

1000000

00000040



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
DIRECCIÓN DE LICITACIONES DEL PROGRAMA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE **VE+, S.A.P.I. DE C.V.** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN COMENTO.

27.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL **VE+, S.A.P.I. DE C.V.** SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 8, 9, 10 Y 15.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	-----	NO CUMPLE
PROPOSICIÓN TÉCNICA	-----	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 8, 9, 10 Y 15.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL LICITANTE **VE+, S.A.P.I. DE C.V.** **NO CUMPLE** CON EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.2 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" PUNTO 5. DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EL CUAL ESTABLECE: "... CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CON UNA ANTIGÜEDAD POR LO MENOS DE QUINCE (15) PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN".

LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL LICITANTE **VE+, S.A.P.I. DE C.V.** SI BIEN PRESENTA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024, SIN EMBARGO, EXCEDE EL PERIODO DE POR LO MENOS QUINCE DÍAS PRÉVIOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, RAZÓN POR LA CUAL INCUMPLE CON LA VIGENCIA DEL MISMO.

ASIMISMO, DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DE OFICIO **SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024** DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, REFIRIÓ QUE EL LICITANTE **VE+, S.A.P.I. DE C.V.** EN LAS PARTIDAS 8, 9, 10 Y 15, **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

EMPRESA	PAR TIDA	CLAVE COMPEN DIO/COD IGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/ NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
VE+ S.A.P.I. DE C.V.	8	531.562.14 96	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	FEHLME X FEHLED 370/370	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CARTA DE LIBERACION DE FIANZA O CARTA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO PEDIDIO O FACTURA PRESENTADO. 2. NUMERAL 6.6 "GARANTÍA DE LOS BIENES", DEBIDO A QUE A LA CARTA QUE PRESENTE LE FALTÓ COLOCAR EL SEGUNDO PÁRRAFO.	CUMPLE
VE+ S.A.P.I. DE C.V.	9	531.562.09 05	LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA.	FEHLME X FEHLED 370M	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CARTA DE LIBERACION DE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.3.5.1 SE SOLICITÓ UN DIÁMETRO DE CAMPO LUMINOSO



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
DE BIEN OFERTARIO A LA SALUD DE
ATENCIÓN A LA SALUD DE
PERSONAS SIN SEGURO
DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EMPRESA	PAR TIDA	CLAVE COMPEN DIO/COD IGO CUCOP	DESCRIPCION	FEHLME	FEHLED	CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
							FIANZA O CARTA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO PEDIDIO O FACTURA PRESENTADO. 2. NUMERAL 6.6 "GARANTÍA DE LOS BIENES", DEBIDO A QUE A LA CARTA QUE PRESENTÓ LE FALTÓ COLOCAR EL SEGUNDO PÁRRAFO.	AJUSTABLE DE 150 A 280 MM SIN NECESIDAD DE REENFOQUE Y OFERTO UN CAMPO LUMINOSO DE 22 A 34 CM. 2. EN EL PUNTO 1.3.7 SE SOLICITO UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE Y OFERTO 130,000 LUXES.
VE+ S.A.P.I. DE C.V.	10	531.562.14 65	LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA OPERACIÓN MANUAL.	FEHLME X	FEHLED 370	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CARTA DE LIBERACION DE FIANZA O CARTA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO PEDIDIO O FACTURA PRESENTADO. 2. NUMERAL 6.6 "GARANTÍA DE LOS BIENES", DEBIDO A QUE A LA CARTA QUE PRESENTÓ LE FALTÓ COLOCAR EL SEGUNDO PÁRRAFO.	CUMPLE
VE+ S.A.P.I. DE C.V.	15	531.616.51 16	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA.	FEHLME X	C-300	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CARTA DE LIBERACION DE FIANZA O CARTA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO PEDIDIO O FACTURA PRESENTADO. 2. NUMERAL 6.6 "GARANTÍA DE LOS BIENES", DEBIDO A QUE A LA CARTA QUE PRESENTÓ LE FALTÓ COLOCAR EL SEGUNDO PÁRRAFO.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL PUNTO 1.14.2. SE SOLICITÓ CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE Y OFERTO QUE LA MESA ES RODABLE.

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE VE+, S.A.P.I. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN COMENTO.

28.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DEL LICITANTE VENSÍ VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V. SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTICIPACIÓN CONJUNTA:		
• RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 14, 18, 19, 20, 21, 29 Y 53.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----
PROPOSICIÓN TÉCNICA	-----	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS: 14, 18, 19, 20, 21, 29 Y 53.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	-----

81000000

00000042



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PROGRAMA DE LICITACIONES PARA LA SALUD DE CALIDAD SOCIAL
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 2024
SECCIÓN TÉCNICA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
MEMORIA DEL PROLEGATARIO,
REVISOR JURADO Y DEFENSOR
DEL CIUDADANO

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA OFERTA PARA EL SERVICIO TÉCNICO, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DE OPERACIONES DEL PROGRAMA DE LICITACIONES PARA LA SALUD DE CALIDAD SOCIAL, PARA EL SERVICIO PROFESIONALES 2024, SE INFORMA QUE LA EMPRESA VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V. EN LAS PARTIDAS 14, 18, 19, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

EMPRESA	PAR TIDA	CLAVE COMPEN DIO/COD IGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/ NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA	
VENSI VENTAJAS EN SEERVICIOS INTEGRAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	14	531.611.0 011	MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOS/NTESIS.	IMS GIOTT O	GIOTT O CLASS	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A : 1. NUMERAL 6.23 "NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS", DEBIDO A QUE PRESENTÓ FORMATO DE REPORTE DE QUEJAS Y NO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE INCIDENTES ADVERSOS	CUMPLE
VENSI VENTAJAS EN SEERVICIOS INTEGRAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	18	531.829.0 887	SISTEMA ECOGRÁFICO.	ESAOT E	MYLAB 9	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1.MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA IMAGEN DE ÓRGANOS INTERNOS ABDOMINALES, Y DE LAS ESTRUCTURAS GLANDULARES DE MAMA 2. NUMERAL 6.23 "NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS", DEBIDO A QUE PRESENTÓ FORMATO DE REPORTE DE QUEJAS Y NO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE INCIDENTES ADVERSOS	CUMPLE
VENSI VENTAJAS EN SEERVICIOS INTEGRAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	19	531.924.0 031	ULTRASONÓGRA FO.	ESAOT E	MYLAB 9	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1.MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA IMAGEN DE ORGANOS INTERNOS ABDOMINALES, Y DE LAS ESTRUCTURAS GLANDULARES DE MAMA 2. NUMERAL 6.23 "NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS", DEBIDO A QUE PRESENTÓ FORMATO DE REPORTE DE QUEJAS Y NO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE INCIDENTES ADVERSOS	CUMPLE
VENSI VENTAJAS EN SEERVICIOS INTEGRAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	20	531.829.0 887	SISTEMA ECOGRÁFICO.	ESAOT E	MYLAB X6	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1.MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA IMAGEN DE ORGANOS INTERNOS ABDOMINALES, Y DE LAS ESTRUCTURAS GLANDULARES DE MAMA 2. NUMERAL 6.23 "NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS", DEBIDO A QUE PRESENTÓ FORMATO DE REPORTE DE QUEJAS Y NO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE INCIDENTES ADVERSOS 3. ANEXO 1.2 "FICHA TECNICA", EN EL APARTADO 1 DATOS DEL OFERENTE EN EMPRESA ESTA EL NOMBRE DE IMPULSO MEXICANO,	CUMPLE

53000000

00000043



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007976-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
MEMORIA DEL GOBIERNO, REVOLUCIONARIO Y LIBERADOR DEL MAYA

OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA	PAR TIDA	CLAVE COMPEN DIO/COD IGO CUCOP	DESCRIPCIÓN	MODELO	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA		
						S.A. DE C.V. NOMBRE DIFERENTE AL LICITANTE PARTICIPANTE.		
VENSI VENTAJAS EN SEERVICIOS INTEGRAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	21	531.319.0 013	ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	ESAOT E	MYLAB 9	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1.MUESTRA: NO HAY CONFIABILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA IMAGEN DE ÓRGANOS INTERNOS ABDOMINALES, Y DE LAS ESTRUCTURAS GLANDULARES DE MAMA. 2. NUMERAL 6.23 "NOTIFICACION DE INCIDENTES ADVERSOS", DEBIDO A QUE PRESENTÓ FORMATO DE REPORTE DE QUEJAS Y NO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE INCIDENTES ADVERSOS	CUMPLE
VENSI VENTAJAS EN SEERVICIOS INTEGRAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	29	531.341.2 571	RAYOS X CON FLUROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	PRIMA X INTER NATION AL	CYBER BLOC FP- RK15	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A : 1. NUMERAL 6.23 "NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS", DEBIDO A QUE PRESENTÓ FORMATO DE REPORTE DE QUEJAS Y NO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE INCIDENTES ADVERSOS	CUMPLE
VENSI VENTAJAS EN SEERVICIOS INTEGRAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	53	531.611.0 033	MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS	IMS GIOTT O	GIOTT O CLASS	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A : 1. NUMERAL 6.23 "NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS", DEBIDO A QUE PRESENTÓ FORMATO DE REPORTE DE QUEJAS Y NO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE INCIDENTES ADVERSOS	CUMPLE

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE **VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V.** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REFERIDO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN COMENTO.

29.- DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPUESTA DE LA PERSONA MORAL **WACHUMA, S. DE R.L. DE C.V.** SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

PARTICIPACIÓN CONJUNTA:		
• MASTER MEDICAL, S.A. DE C.V.		
PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 8, 15, 17, 39 Y 40.	CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	CUMPLE	-----

00000000

00000044



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS:
8, 15, 17, 39 Y 40.

PROPOSICIÓN TÉCNICA	
PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CUMPLE

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, A TRAVÉS DE OFICIO SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDEILI/707/2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, REFIERE QUE EL LICITANTE WACHUMA, S. DE R.L. DE C.V. EN LAS PARTIDAS 8, 15, 17, 39 Y 40, **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	BIEN OFERTADO MARCA / MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
WACHUMA, S. DE R.L. DE C.V.	8	531.562.1496	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	KLYO M310-M310	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.10 "CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN", NO PRESENTÓ DOCUMENTO SOLICITADO EN DICHO NUMERAL. 2. NUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" NO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN DICHO NUMERAL.	CUMPLE
WACHUMA, S. DE R.L. DE C.V.	15	531.616.5116	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA.	KLYO KL300 EH	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.10 "CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN", NO PRESENTÓ DOCUMENTO SOLICITADO EN DICHO NUMERAL. 2. NUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" NO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN DICHO NUMERAL.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN REFERENCIA EL BIEN COMO "LÁMPARA QUIRÚRGICA". 2. NO OFERTA EL PUNTO 1.15.1 "EL SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRAULICA, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERIAS, FALLO ELECTRICO Y/O CONTROL DE MANDO". 3. NO OFERTÓ EL PUNTO 2.1.8. "SOPORTES PARA PIERNAS DE DOBLE LISTÓN O CON SOPORTES PARA TALÓN PARA LA POSICIÓN DE LITOTOMIA. (2 PIEZAS)." OFERTO LAS PIERNERAS DEL PUNTO 2.1.7.
WACHUMA, S. DE R.L. DE C.V.	17	531.773.0207	REFRIGERADOR PARA CADÁVERES.	REFRI MED GCAH-2	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.8 "CONSTANCIA DE VISITA" NO PRESENTÓ SU ANEXO 1.5 PARA ESTA PARTIDA. 2. NUMERAL 6.10 "CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN", NO PRESENTÓ DOCUMENTO SOLICITADO EN DICHO NUMERAL. 3. NUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" NO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN DICHO NUMERAL.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NO OFERTÓ EL PUNTO 1 DEL APARTADO "GARANTIA DEL BIEN" Y EL PUNTO 1 DEL APARTADO DE "MANTENIMIENTO" DEL ANEXO 1.2 "FICHA TECNICA".
WACHUMA, S. DE R.L. DE C.V.	39	533.787.0181	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO	REFRI MED RVACD V-14	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" NO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN DICHO NUMERAL.	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NO OFERTÓ EL PUNTO 2 DEL APARTADO "GARANTIA DEL BIEN" Y EL PUNTO 1 DEL APARTADO DE

33000000

00000045



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MEXICO"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD

OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL



2024 ANIVERSARIO
Felipe Carrillo PUERTO
MEMORIAM DEL GOBIERNO FEDERAL, PERSONALISMO Y RESPUESTA DEL MAYAN

PERIODO EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA	PARTIDA	CLAVE COMPEN DIO/CODIGO CUCOP	DESCRIPCION	MARKA MODELO	RVACD V-20	CUMPLE/ NO CUMPLE	TECNICA ADMINISTRATIVA	FICHA TECNICA
			14 PIES CÚBICOS.					"MANTENIMIENTO" DEL ANEXO 1.2.
WACHUMA S. DE R.L. DE C.V.	40	533.786.0 026	REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS.	REFRI MED	RVACD V-20	NO CUMPLE	NO CUMPLE DEBIDO A: 1. NUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" NO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN DICHO NUMERAL.	CUMPLE

POR LO ANTERIOR, SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE WACHUMA, S. DE R.L. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO NUMERAL 6.3.3 "DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES", INCISOS A) Y H) DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA.

VI. UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE RESPECTO A LAS PARTIDAS 17, 26, 32, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 52, SI BIEN, FUERON COTIZADAS POR LOS LICITANTES, LOS MISMOS NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Y/O TÉCNICOS, POR LO QUE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6. "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA O PARTIDAS", INCISO B, DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL PREVÉ QUE SE PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LAS PARTIDAS CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO CUBRAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS SIGUIENTES:

CONSE- CUTIVO	PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17	531.773.0207	REFRIGERADOR PARA CADÁVERES.	EQUIPO	2
2	26	531.806.0042	UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	EQUIPO	1
3	32	533.224.1750	CENTRÍFUGA PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS	EQUIPO	1
4	43	51100040	EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA	EQUIPO	1
5	45	51100040	MESA TRANSPORTADORA DE INSTRUMENTAL	EQUIPO	2
6	46	51100040	MESA DE 230 ACERO INOXIDABLE (CON GABINETES)	EQUIPO	2
7	47	51100040	MESA DE 230 ACERO INOXIDABLE	EQUIPO	2
8	48	51100040	MESA DE 120 ACERO INOXIDABLE	EQUIPO	1
9	49	51100040	MESA DE 280 ACERO INOXIDABLE	EQUIPO	2
10	50	51100040	MESA DE 60 ACERO INOXIDABLE	EQUIPO	2
11	52	531.385.0835	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO.	EQUIPO	1

VII. POR OTRO LADO, DEL ANÁLISIS A LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS, SE ADVIERTE QUE RESPECTO A LAS PARTIDAS 1, 12, 14, 16, 22, 34, 35, 36, 41, 42 Y 53, SI BIEN ES CIERTO, FUERON COTIZADAS, SIN EMBARGO, DESPUES DE REALIZAR EL ANÁLISIS AL PRECIO OFERTADO, SE DESPRENDE QUE EL MISMO ES UN PRECIO NO ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE, YA QUE EXCEDE EL IMPORTE ASIGNADO PARA LAS REFERIDAS PARTIDAS EN EL ANEXO 4 "LISTADO DE EQUIPAMIENTO" DEL CONVENIO CC-E001-2024-CMX-02 DE COORDINACIÓN, EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE

3,000,000

00000046



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y SERVIDOR PARA EL LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



PROCESADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo Puerto
PRESIDENTE DEL PUEBLO MEXICANO
REVOLUCIONARIO Y DEMOCRÁTICO
1930-1940

EQUIPAMIENTO PARA LA "UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO", CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 06 DE MARZO DE 2024, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 5 DE JULIO DE 2024, MISMAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: -----

CONSE-CUTIVO	PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	1	533.159.0017	CAMPANAS. CAMPANA DE FLUJO LAMINAR.	EQUIPO	2
2	12	531.572.0309	LAVADORA DESCONTAMINADORA.	EQUIPO	1
3	14	531.611.0011	MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	EQUIPO	2
4	16	531.626.0081	MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA.	EQUIPO	1
5	22	531.053.0356	ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD UNIDAD DE.	EQUIPO	2
6	34	533.860.0041	EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS.	EQUIPO	2
7	35	533.477.0228	HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA.	EQUIPO	1
8	36	533.819.0555	UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA.	EQUIPO	1
9	41	533.860.0058	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.	EQUIPO	2
10	42	533.622.0925	MICROSCOPIOS. MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	EQUIPO	2
11	53	531.611.0033 - 002	MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS.	EQUIPO	1

EN CONSECUENCIA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58, PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 6.3.6. "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA O PARTIDAS", INCISO C, DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL PREVÉ QUE SE PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LAS PARTIDAS "...CUANDO LOS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES O CONVENIENTES, CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO REALIZADA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. O BIEN REBASE EL IMPORTE UNITARIO (ANTES DE IVA) ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 "LISTADO DE EQUIPAMIENTO" DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN CC-E001-2024-CMX-02, PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE JULIO DE 2024, SE DECLARAN DESIERTAS DICHAS PARTIDAS. -----

VIII. AHORA BIEN, RESPECTO DE LAS PROPOSICIONES EN LAS QUE LOS LICITANTES CUMPLIERON CUALITATIVAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE TIENE QUE LAS PROPUESTAS QUE RESULTAN SOLVENTES PARA LA CONVOCANTE, DE ACUERDO A LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS, SON LAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 51, 54 Y 55, MISMOS QUE SE ADJUNTAN COMO ANEXO 4. -----

IX. POR LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SECTOR PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 3.16.1 "FALLO", 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, 5.1. "EVALUACIÓN" Y 5.3. "ADJUDICACIÓN", DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL SIGUIENTE: -----

00000000

00000047



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



CONVENIO FEDERAL CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

F A L L O

I. UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SE ADJUDICARÁ A LOS LICITANTES QUE REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE EN CASO DE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES EN UNA PARTIDA, LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ A QUIEN PRESENTE LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL **PRECIO MÁS BAJO**, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 BIS, FRACCIÓN II DE LA LAASSP.

II. EN TÉRMINOS DE LO EXPUESTO EN EL HECHO V, INCISO A DE LA PRESENTE ACTA, EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6 "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA O PARTIDAS", INCISO A DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA QUE SE PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN CUANDO NO SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 27, 30 Y 44 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, AL NO CONTAR CON PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LAS MISMAS.

III. DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL HECHO VI DE LA PRESENTE ACTA, EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6. "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA O PARTIDAS", INCISO B, DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL PREVÉ QUE SE PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LAS PARTIDAS CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO CUBRAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 17, 26, 32, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 52, TODA VEZ QUE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON POR LAS MISMAS, NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y/O TÉCNICOS.

IV. EN TÉRMINOS DE LO EXPUESTO EN EL HECHO VII DE LA PRESENTE ACTA, EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6. "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA O PARTIDAS.", INCISO C, DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL PREVÉ QUE SE PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LAS PARTIDAS "...CUANDO LOS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES O CONVENIENTES, CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO REALIZADA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. O BIEN REBASE EL IMPORTE UNITARIO (ANTES DE IVA) ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 "LISTADO DE EQUIPAMIENTO" DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN CC-E001-2024-CMX-02, PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE JULIO DE 2024, SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 1, 12, 14, 16, 22, 34, 35, 36, 41, 42 Y 53, TODA VEZ QUE EL PRECIO OFERTADO POR LOS LICITANTES EXCEDE EL IMPORTE ASIGNADO PARA LAS REFERIDAS PARTIDAS EN EL ANEXO 4 "LISTADO DE EQUIPAMIENTO" DEL CONVENIO CC-E001-2024-CMX-02 DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA "UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO", CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 06 DE MARZO DE 2024, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 5 DE JULIO DE 2024.

V. RESPECTO A LAS PARTIDAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 51, 54 Y 55, TODA VEZ QUE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON POR LAS MISMAS, CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y/O TÉCNICOS, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 BIS, FRACCIÓN II DE LA LAASSP, SE ADJUDICAN AL **PRECIO MÁS BAJO**, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

00000048

00000000



ACTA DE EMIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017/2024 T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICINA Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD

OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA

ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONSECUTIVO	PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO MÁS BAJO	SUBTOTAL	I.V.A	TOTAL	LICITANTE
1	2	531.191.0391	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO.	EQUIPO	6	\$303,470.42	\$1,820,822.52	\$291,331.60	\$2,112,154.12	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
2	3	531.632.0554	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.(5 MONITORES)	EQUIPO	1	\$2,925,000.00	\$2,925,000.00	\$468,000.00	\$ 3,393,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.
3	4	531.632.0554	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 MONITORES).	EQUIPO	1	\$3,465,598.76	\$3,465,598.76	\$554,495.80	\$ 4,020,094.56	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
4	5	531.225.0011	COLPOSCOPIO.	EQUIPO	2	\$687,230.33	\$1,374,460.66	\$219,913.71	\$ 1,594,374.37	DFMIMED,
5	6	531.333.0317	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	EQUIPO	2	\$1,123,348.44	\$2,246,696.88	\$359,471.50	\$ 2,606,168.38	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
6	7	531.829.0771	SISTEMA MANUAL PARA BIOPSIA MAMARIA.	EQUIPO	5	\$34,000.00	\$170,000.00	\$27,200.00	\$ 197,200.00	DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
7	8	531.562.1496	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	EQUIPO	2	\$433,333.33	\$866,666.66	\$138,666.67	\$ 1,005,333.33	DEWIMED, S.A.
8	9	531.562.0905	LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA.	EQUIPO	2	\$217,013.89	\$434,027.78	\$ 69,444.44	\$ 503,472.22	DEWIMED, S.A.
9	10	531.562.1465	LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL.	EQUIPO	1	\$239,583.33	\$239,583.33	\$ 38,333.33	\$ 277,916.66	DEWIMED, S.A.
10	11	531.572.0549	LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	EQUIPO	1	\$350,000.00	\$350,000.00	\$ 56,000.00	\$ 406,000.00	FEHLMEX, S.A. DE C.V.
11	13	531.572.0507	LAVADORA ULTRASONICA.	EQUIPO	1	\$96,000.00	\$96,000.00	\$ 15,360.00	\$ 111,360.00	FEHLMEX, S.A. DE C.V.
12	15	531.616.5116	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA.	EQUIPO	2	\$758,241.76	\$1,516,483.52	\$ 242,637.36	\$ 1,759,120.88	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
13	18	531.829.0887	SISTEMA ECOGRÁFICO.	EQUIPO	1	\$2,267,241.38	\$2,267,241.38	\$ 362,758.62	\$ 2,630,000.00	GERD YERIK, S.A. DE C.V.
14	19	531.924.0031	ULTRASONÓGRAFO.	EQUIPO	3	\$940,000.00	\$2,820,000.00	\$ 451,200.00	\$ 3,271,200.00	GERD YERIK, S.A. DE C.V.
15	20	531.829.0887	SISTEMA ECOGRÁFICO.	EQUIPO	1	\$771,551.72	\$771,551.72	\$ 123,448.28	\$ 895,000.00	GERD YERIK, S.A. DE C.V.
16	21	531.319.0013	ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	EQUIPO	1	\$2,015,310.34	\$2,015,310.34	\$ 322,449.65	\$ 2,337,759.99	GERD YERIK, S.A. DE C.V.
17	23	531.247.0015	UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA	EQUIPO	2	\$321,300.00	\$642,600.00	\$ 102,816.00	\$ 745,416.00	MAINEQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
18	24	531.328.0116	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA.	EQUIPO	2	\$382,295.76	\$764,591.52	\$ 122,334.64	\$ 886,926.16	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
19	25	531.328.0108	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.	EQUIPO	2	\$379,951.29	\$759,902.58	\$ 121,584.41	\$ 881,486.99	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
20	28	531.341.2479	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	EQUIPO	2	\$1,950,000.00	\$3,900,000.00	\$ 624,000.00	\$ 4,524,000.00	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.

23000000

00000049



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-01/2024-000797 T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD

CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONS E-CUTIVO	PAR-TIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRE-CIO UNITARIO MÁS BAJO	SUBTOTAL	I.V.A	TOTAL	LICITANT E
21	29	531.341.2 571	RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C".	EQUIPO	1	\$3,228,000.00	\$3,228,000.00	\$ 516,480.00	\$ 3,744,480.00	ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A.
22	31	533.119.0 263	BAÑO PARA FLOTACIÓN.	EQUIPO	1	\$43,181.00	\$43,181.00	\$ 6,908.96	\$ 50,089.96	BIODIST, S.A. DE C.V.
23	33	533.631.0 155	MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO.	EQUIPO	1	\$1,127,000.00	\$1,127,000.00	\$ 180,320.00	\$ 1,307,320.00	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
	37	533.631.0 106	MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	EQUIPO	1	\$280,700.00	\$280,700.00	\$ 44,912.00	\$ 325,612.00	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
25	38	533.746.0 108	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS.	EQUIPO	1	\$743,090.00	\$743,090.00	\$ 118,894.40	\$ 861,984.40	BIODIST, S.A. DE C.V.
26	39	533.787.0 181	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS.	EQUIPO	1	\$75,000.00	\$75,000.00	\$ 12,000.00	\$ 87,000.00	FEHLMEX, S.A. DE C.V.
27	40	533.786.0 026	REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS.	EQUIPO	2	\$90,000.00	\$180,000.00	\$ 28,800.00	\$ 208,800.00	FEHLMEX, S.A. DE C.V.
28	51	531.385.1 031	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.	EQUIPO	1	\$2,048,253.49	\$2,048,253.49	\$ 327,720.56	\$ 2,375,974.05	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
29	54	531.254.0 155 - 001	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES UNIDAD PARA.	EQUIPO	1	\$14,980,000.00	\$14,980,000.00	\$ 2,396,800.00	\$ 17,376,800.00	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
30	55	531.341.0 481 - 002	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO.	EQUIPO	1	\$8,098,750.00	\$8,098,750.00	\$ 1,295,800.00	\$ 9,394,550.00	BIODIST, S.A. DE C.V.

POR LO ANTERIOR, LOS LICITANTES QUE RESULTARON ADJUDICADOS DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, CON BASE EN LAS PRIMAS UNITARIAS OFERTADAS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA.

VI. EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46, PRIMER PÁRRAFO DE LA LAASSP, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL PRESENTE ACTO Y EN TÉRMINOS DEL MANUAL DE OPERACIÓN QUE CONTIENE LAS DIRECTRICES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DENOMINADO "COMPRANET", SE FORMALIZARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO, POR LO QUE SE DEBERÁ UTILIZAR EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS <https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Manual de Instrumentos Juridicos.pdf>.

00000050

12000000



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-969007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE OPERACIÓN CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO". FEDERALES DEL PROGRAMA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD

E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024



2024
Felipe Carrillo PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LO ANTERIOR, SALVO QUE EXISTA ALGUNA FALLA TÉCNICA, O CUALQUIER CAUSA AJENA A LA CONTRATANTE Y AL PROVEEDOR, SE PROCEDERÁ A LA FIRMA DEL MISMO DE FORMA AUTÓGRAFA EN EL MISMO PLAZO CON UN HORARIO DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS, UBICADA EN AV. INSURGENTES NORTE, NO. 423, PISO 11º, COL. CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, C.P. 06900, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. ---

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SE ASIGNA A LOS LICITANTES QUE RESULTARON ADJUDICADOS, LAS NOMENCLATURAS INTERNAS DE CONTRATOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: -----

CONSECUTIVO	NOMENCLATURA	LICITANTE
1	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-006-2024	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
2	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-007-2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.
3	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-008-2024	DIMSIA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.
4	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-009-2024	DEWIMED, S.A.
5	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-010-2024	FEHLMEX, S.A. DE C.V.
6	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-011-2024	GERD YERIK, S.A. DE C.V.
7	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-012-2024	MAINEQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
8	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-013-2024	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.
9	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-014-2024	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
10	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-015-2024	BIODIST, S.A. DE C.V.
11	SSCDMX-DGAF-LPI-T7-016-2024	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

CABE SEÑALAR QUE PREVIO A LA FIRMA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL "EL PROVEEDOR" DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SEÑALA EN EL NUMERAL 3.16.2 FIRMA DEL CONTRATO, INCISO a) DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, ANTE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS UBICADA EN EL PISO 11 DE LA TORRE INSIGNIA EN AV. INSURGENTES NORTE NO. 423, COLONIA COMPLEJO URBANO NONOALCO TLAELLOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO. -----

LOS LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024, A EFECTO DE CUMPLIR CON EL PLAZO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-----

VII. PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX/](https://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX/) -----

ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN HORA POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONTRATANTE FIJARÁ EN EL TABLERO DE COMUNICADOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.-----

VIII. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 45 DE SU REGLAMENTO, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE O PERSONA QUE MANIFESTARA SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO COMO OBSERVADOR.-----

IX. SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 37, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO Y 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PODRÁN INCONFORMARSE ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DE

Handwritten signatures and a blue stamp with the number 00000051.



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD

CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA
E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
MEMBERITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

ÁREA	DEL EJERCICIO FISCAL 2024 FUNCIONARIO	FIRMA
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. OSCAR MILLÁN ZAMBRANO REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. ARIANA GALICIA MARTÍNEZ REPRESENTANTE	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO IMSS-BIENESTAR	DRA. ZAIRA JAZMÍN PADILLA LLAMAS REPRESENTANTE	

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."

CIERRE DE ACTA.

32000000

00000053