



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES); SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO), ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, ASISTIDO POR EL C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA, REPRESENTANTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS.

I.- EL QUE PRESIDE DA INICIO AL ACTO MANIFESTANDO QUE EXISTE UNA PRECISIÓN RESPECTO AL NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE Y DEL ÁREA TÉCNICA EN EL SIGUIENTE SENTIDO.

1.- SE INFORMA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES, ASÍ COMO, A LOS LICITANTES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, QUE EN EL NUMERAL REFERIDO CON ANTELACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE", SE PRECISA QUE LA FECHA PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS, SE PROGRAMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACTO	FECHA	HORARIO	LUGAR
ENTREGA DE MUESTRAS	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	DE 10:00 A 12:00 HORAS	LA ENTREGA DE MUESTRAS SE LLEVARÁ A CABO EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE, No. 423, PISO 21 CONJUNTO HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO. CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO".

II.- ACTO SEGUIDO, SE HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS ESCRITOS DE INTERÉS EN PARTICIPAR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET HASTA ESTE MOMENTO, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE PREGUNTAS
1	BIODIST S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	179
2	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, SA DE C.V.	CompraNet	NO	
3	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SA DE C.V.	CompraNet	SI	
4	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, SA DE C.V.	CompraNet	SI	
5	LABORATORIOS DAI DE MEXICO, SA DE C.V.	CompraNet	NO	
6	LABORATORIOS LICON, S.A.	CompraNet	SI	
7	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	SI	
8	TERUMO BCT MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	
9	VE+ S.A.P. DE C.V.	CompraNet	NO	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



Procedimiento LA-68-017-909007975-N-9-2024

Código del expediente: E-2024-0008563 Número de procedimiento de contratación: LA-68-017-909007975-N-9-2024 Estatus del procedimiento de contratación: VIGENTE JA

Código interno del procedimiento: P-2024-00085049 Nombre del procedimiento de contratación: SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE

Licitantes que han presentado proposición: 0

Junta de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones: 03/09/2024 11:00 Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compranet: 02/09/2024 11:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Remite	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Reguntas
1	BIODIST S.A. DE CV.	27/08/2024 17:12	27/08/2024 17:15			
2	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	27/08/2024 09:57	27/08/2024 09:57			
3	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	27/08/2024 14:18	27/08/2024 14:18			
4	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	27/08/2024 09:37	27/08/2024 09:38			
5	ITZEL REYES TREVIÑO	29/08/2024 16:07				
6	LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV	27/08/2024 12:02	30/08/2024 14:46			
7	LABORATORIOS LUCON SA	30/08/2024 18:04	30/08/2024 18:05			
8	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	29/08/2024 16:14	29/08/2024 16:39			
9	PROMEDIS SA DE CV	27/08/2024 19:20				
10	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	28/08/2024 14:35				

Botones: Regresar, Solicitudes de aclaración

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE ADJUNTA ACUSE DE ENVÍO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET DE LAS EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR DE FECHA 27 Y 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO COMO ANEXO 1.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO, SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA; ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL ÁREA CONTRATANTE Y LAS DE CARÁCTER TÉCNICO POR EL ÁREA TÉCNICA ASISTIDA POR EL ÁREA REQUIRENTE: ---



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATEGORIA DMT	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
632367	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2, II SEROLOGÍA INFECCIOSA B, III CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, 1.11	ESPECIFICACIÓN 1.11 MUESTRAS A BORDO NO MENOR A 90 MUESTRAS ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE QUE CUMPLE CON 90 MUESTRAS A BORDO, CON EL SPLIT DE 80 A BORDO DE RUTINA EN BANDEJAS DE MUESTRA UNIVERSAL Y 10 EN LÍNEA DEDICADA PARA STAT (URGENCIA), SIN INTERRUPCIÓN DE LA RUTINA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632368	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2, II SEROLOGÍA INFECCIOSA B, VI REACTIVOS, ESPECIFICACIÓN 2.10	ESPECIFICACIÓN 2.10 ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE LA HEPATITIS A IGG ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE POR IGG ES LA FASE DE CONVALESCENCIA Y/O ANTICUERPOS DE MEMORIA? CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA, ¿PODEMOS OFERTAR ANTICUERPOS TOTALES ENTENDIENDO QUE ESTOS COMPRENDEN IGG E IGM Y QUE SE PUEDEN DIFERENCIAR CON EL ENSAYO DE IGM? (Y QUE LA IGG SOLO ES PARA DETERMINAR SI HAY INMUNIDAD EN EL PACIENTE) SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632369	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2, EQUIPO INMUNOHEMATOLOGÍA A, III CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS..., 1.12	ESPECIFICACIÓN: 1.12 MINIMO 300 RESULTADOS / HORA. ¿PODEMOS ENTENDER QUE POR RESULTADO SE REFIERE A COLUMNA PROCESADA? CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO QUE PROCESE 200 COLUMNAS POR HORA? ENTENDIENDO QUE ESTA CAPACIDAD ES SUFICIENTE PARA EL VOLUMEN DE MUESTRAS REQUERIDO PARA LAS UNIDADES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632370	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2, I SEROLOGÍA INFECCIOSA A, III CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, 1.11	ESPECIFICACIÓN 1.11 MUESTRAS A BORDO NO MENOR A 90 MUESTRAS. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE QUE CUMPLE CON 90 MUESTRAS A BORDO, CON EL SPLIT DE 80 A BORDO DE RUTINA EN BANDEJAS DE MUESTRA UNIVERSAL Y 10 EN LÍNEA DEDICADA PARA STAT (URGENCIA), SIN INTERRUPCIÓN DE LA RUTINA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632371	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2, I SEROLOGÍA INFECCIOSA A, VI REACTIVOS, 2.2.1	ESPECIFICACIÓN 2.2.1 DEBE CONTENER LOS ANTÍGENOS RECOMBINANTES PARA HCR43 Y C100-3 CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANTÍGENOS RECOMBINANTES C22-3, C200 Y NS-57 ALGUNOS ESTUDIOS HAN INDICADO QUE LOS ANTICUERPOS QUE APARECEN DESPUÉS DE UNA INFECCIÓN POR VHC SON A MENUDO REACTIVOS CON C223 Y/O C33C. 2. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632390	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2, II SEROLOGÍA INFECCIOSA B, III CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, 1.6	ESPECIFICACIÓN 1.6 PRINCIPIO DE MEDICIÓN: QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO PRINCIPIO DE MEDICIÓN QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA, YA QUE EMITE MÁS LUZ Y SE VUELVE MÁS SENSIBLE QUE LA QUIMIOLUMINISCENCIA REGULAR, YA QUE MAXIMIZA LAS CAPACIDADES DE UNIÓN MEDIANTE UN PROCESO DE REVESTIMIENTO ÚNICO, LA TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA OFRECE UNOS INTERVALOS DINÁMICOS AMPLIOS Y UNA PRECISIÓN Y EXACTITUD EN LOS INMUNOENSAYOS EXCEPCIONALES EN DISTINTOS ESTADIOS DE ENFERMEDADES, ESTO IMPLICA MENOS DILUCIONES, REPETICIONES Y RE EXTRACCIONES DE MUESTRAS INNECESARIAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

18200000

00000160



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
632391	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2, X. INMUNOHEMATOLOGÍA C, VI REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGÍA, 2.1.1	ESPECIFICACIÓN: 2.1.1 DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO DE LOS SISTEMAS ABO, RH (D, D-IGM, D-IGG/IGM) Y DETERMINACIÓN DEL GRUPO ABO INVERSO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CASETES DE IGM, LOS CUALES CUMPLEN CON LA NOM 253, NUMERAL: 9.5.3.1, PARA BANCO DE SANGRE Y EN CASO DE SER NECESARIA LA CONFIRMACIÓN DEL ANTÍGENO D, CONTAMOS CON LOS ANTÍGENOS NECESARIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632392	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2, I SEROLOGÍA INFECCIOSA A, III CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. 1.6	ESPECIFICACIÓN 1.6 PRINCIPIO DE MEDICIÓN: QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO PRINCIPIO DE MEDICIÓN QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA, YA QUE EMITE MÁS LUZ Y SE VUELVE MÁS SENSIBLE QUE LA QUIMIOLUMINISCENCIA REGULAR, YA QUE MAXIMIZA LAS CAPACIDADES DE UNIÓN MEDIANTE UN PROCESO DE REVESTIMIENTO ÚNICO, LA TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA OFRECE UNOS INTERVALOS DINÁMICOS AMPLIOS Y UNA PRECISIÓN Y EXACTITUD EN LOS INMUNOENSAYOS EXCEPCIONALES EN DISTINTOS ESTADIOS DE ENFERMEDADES, ESTO IMPLICA MENOS DILUCIONES, REPETICIONES Y RE EXTRACCIONES DE MUESTRAS INNECESARIAS. SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632427	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	AT	1.- ANEXO 1. "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE". DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.	A. REGISTRO Y CERTIFICADOS ESPECÍFICOS APLICAN EN LOS QUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS: 1.- REGISTRO SANITARIO: 1.1. REGISTRO SANITARIO VIGENTE. ACTUALMENTE LA SANITARIA (COFEPRIS) HA IMPLEMENTADO UN NUEVO PROCEDIMIENTO A LAS SEGUNDAS PRORROGAS DE REGISTROS SANITARIOS, POR DICHAS RAZONES YA NO SE ESTÁ EMITIENDO UN REGISTRO IMPRESO O ELECTRÓNICO, EN SUSTITUCIÓN ENTREGA UNA CONSTANCIA DE PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO, CON VIGENCIA ACTUALIZADA DE 5 AÑOS. POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARA CON INTEGRAR A LA PROPUESTA LAS NUEVAS CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR LA COFEPRIS. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO ANEXE EL REGISTRO SANITARIO, LA PRIMERA PRORROGA Y LA CONSTANCIA DE LA SEGUNDA PRORROGA.
632429	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	AT	2.- ANEXO 1. "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE". DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.	B. REGISTRO Y CERTIFICADOS ESPECÍFICOS APLICAR EN LOS INSUMOS (MATERIALES, REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES). 1.- REGISTRO SANITARIO: 1.1. REGISTRO SANITARIO VIGENTE. ACTUALMENTE LA AUTORIDAD REGULADORA DE SALUD EN MÉXICO COFEPRIS, HA IMPLEMENTADO UN NUEVO PROCEDIMIENTO A LAS SEGUNDAS PRORROGAS DE REGISTROS SANITARIOS, POR DICHAS RAZONES YA NO SE ESTÁ EMITIENDO UN REGISTRO IMPRESO O ELECTRÓNICO, EN SUSTITUCIÓN ENTREGA UNA CONSTANCIA DE PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO, CON VIGENCIA ACTUALIZADA DE 5 AÑOS. POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARA CON INTEGRAR A LA PROPUESTA LAS NUEVAS CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR LA COFEPRIS A LOS QUE LES APLIQUE. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO ANEXE EL REGISTRO SANITARIO, LA PRIMERA PRORROGA Y LA CONSTANCIA DE LA SEGUNDA PRORROGA.
632472	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	AT	3.-ANEXO 1. "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".	10. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS. 18. SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

00000000

000000161



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DOCUMENTACION TÉCNICA.	TECNOLOGIA DE PUNTA, ACEPTANDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE CINCO AÑOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO, NO NECESARIAMENTE NUEVOS, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO CON FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA CINCO AÑOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
632487	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	MEDICA	5.- ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO	(SIAAS). I. SEROLOGIA INFECCIOSA A. EQUIPO "A" SEROLOGIA INFECCIOSA A. II. SEROLOGIA INFECCIOSA B. EQUIPO "B" SEROLOGIA INFECCIOSA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE DEBERÁN ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CONTROL NEGATIVO Y CONTROL DEBIL POSITIVO, ADICIONAL AL QUE INCLUYE EL FABRICANTE, CUYO VALOR NO EXCEDERA DE TRES VECES EL PUNTO DE CORTE, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO A) DEL PUNTO 15.9.2. DE LA NOM 253 SSA1 2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
632489	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION. NUMERAL 9	FORMATO DEL ANEXO 6.-SECTOR DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.- EN EL SUPUESTO QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA DENTRO DE ESTA ESTRATIFICACION, BASTARA CON COLOCARLE AL ANEXO LA LEYENDA "NO APLICA" EN DICHO FORMATO. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: SE ACEPTA LOS LICITANTES PODRAN PRESENTAR DICHO ANEXO 6 CON LA LEYENDA NO APLICA SIEMPRE Y CUANDO COINCIDA LA INFORMACIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE REFIERA EL 32-D EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. QUE TIENE AFILIADOS A ESTE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL.
632490	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION. NUMERAL 17	OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION CON FECHA DE EMISIÓN DE HASTA CON 3 DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?, EL MOTIVO DE LA SOLICITUD ES PORQUE SE SUBE A LA PLATAFORMA ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.	LA CONVOCANTE RESPONDE: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN LO RELATIVO AL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. PUNTO 17. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, CONSIDERANDO QUE DICHO DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DEL DIA DE SU EMISION (JUNTO CON LA RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ASEGURADO ANTE EL IMSS).
632491	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO 1, NUMERAL 16. SOPORTE TÉCNICO, PUNTO 9	ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, NUMERAL 16. SOPORTE TÉCNICO, PUNTO 9. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS 3 REPORTES A LOS QUE HACE REFERENCIA LA CONVOCANTE, SON REPORTE CORRECTIVOS QUE SEAN IMPUTABLES A FALLO DEL ANALIZADOR, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
632492	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO 1, NUMERAL 16. SOPORTE TÉCNICO, PUNTO 12	ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, NUMERAL 16, SOPORTE TÉCNICO, PUNTO 12. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUÉ SE REFIERE CON BITÁCORA DEL EQUIPO, FAVOR DE ACLARAR	ES UNA BITACORA QUE SE UTILIZA PARA LLEVAR UN SEGUIMIENTO DETALLADO DE LOS MANTENIMIENTOS, CALIBRACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
632493	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO 1, NUMERAL 17 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS	ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, NUMERAL 17 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORS Y BÁSICO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA COLOCAR	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

00000000

00000162



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ANALIZADORES Y BÁSICOS	ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, AUNQUE NO SEAN DE COLOR VERDE, ¿SE ACEPTA?	
632494	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO	(SIAAS). I. SEROLOGÍA INFECCIOSA A. EQUIPO "A" SEROLOGÍA INFECCIOSA A. II. SEROLOGÍA INFECCIOSA B. EQUIPO "B" SEROLOGÍA INFECCIOSA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE ADICIONAL AL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, SE DEBERÁ INSCRIBIR A LAS UNIDADES MÉDICAS A CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN SEROLOGÍA, EL CUAL, DEBERÁ ESTAR ACREDITADO COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NMX-EC-17043-IMNC-2010 (ISO/IEC 17043:2010) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 15.1.3 DE LA NOM 253 SSA1 2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
632495	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	MEDICA	6.- ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO	(SIAAS). VIII. INMUNOHEMATOLOGÍA A. EQUIPO DE INMUNOHEMATOLOGÍA A. IX. INMUNOHEMATOLOGÍA B. EQUIPO DE INMUNOHEMATOLOGÍA B. X. INMUNOHEMATOLOGÍA C. EQUIPO DE INMUNOHEMATOLOGÍA C. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE ADICIONAL AL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, SE DEBERÁ INSCRIBIR A LAS UNIDADES MÉDICAS A CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGÍA, EL CUAL, DEBERÁ ESTAR ACREDITADO COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NMX-EC-17043-IMNC-2010 (ISO/IEC 17043:2010) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 15.1.3 DE LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
632496	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	MEDICA	7.- ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO	(SIAAS). VI. REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGÍA. 2.4. MENÚ DE DETERMINACIONES EN TUBO. 2.4.1 DETERMINACIÓN EN TUBO DE GRUPO DE A1 Y A2. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE REFIERE AL USO DE LECTINAS (LECTINA ANTI-A1 Y LECTINA ANTI-H). FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
632500	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	MEDICA	11.- ANEXO 1.13. TOTAL DE PRUEBAS ESTIMADAS. SUBPARTIDA 4.	4.1 INMUNOHEMATOLOGÍA. 4.1.10 TITULACIÓN DE ANTIGLOBULINA HUMANA DIRECTA, DETERMINACIÓN EN COLUMNA DE GEL O O CASETE DE MICROESFERAS DE VIDRIO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE INDICAR EL PORCENTAJE Y EN QUE PACIENTES SE REALIZARÍA ESTA PRUEBA.	EL 1 % Y POR INDICACIÓN MEDICA
632503	LABORATORIOS LICON SA	ECONÓMICO	AT	12.- ANEXO 14. PROPOSICIÓN ECONÓMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE LA PRODUCTIVIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE PRUEBAS DE CADA UNIDAD MÉDICA, PARA REALIZAR LA PROPUESTA ECONÓMICA, YA QUE NO SE INCLUYE EN EL ANEXO 14 PROPOSICIÓN ECONÓMICA	LA PRODUCTIVIDAD DE CADA UNIDAD MEDICA SE ESTIPULA EN LOS ANEXOS 1.13 Y 1.14, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ANEXO TECNICO, SIN EMBARGO ESTOS ARCHIVOS SE CARAGARÁN NUEVAMENTE A LA PLATAFORMA COMPRANET PARA MAYOR LEGIBILIDAD. CABE SEÑALAR QUE LAS CANTIDADES REFERIDAS EN DICHO ANEXO SON ESTIMADAS.
632514	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO 1, NUMERAL 21. FORMATO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS	ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, NUMERAL 21. FORMATO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS. DEBEMOS ENTENDER, QUE EL FORMATO MENCIONADO ES DE FORMATO LIBRE, FAVOR DE ACLARAR	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMATO PDF EN SU PROPUESTA TECNICA UN ESCRITO EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A CUMPLIR CON EL TEXTO ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 21. DEL ANEXO TÉCNICO, ASI COMO UNA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATEGORIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
						VEZ ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR EL FORMATO LIBRE QUE CONTENGA LOS DATOS DE LOS NUMERALES 1 AL 17.
632515	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO 1, NUMERAL 13, CAPACITACIÓN, PUNTO 1	ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, NUMERAL 13, CAPACITACIÓN, PUNTO 1. EL ANEXO 1.12 FORMATO PARA LA CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO, DEBE IR CON LOS LOGOTIPOS DE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA O SE QUEDA CON LOS LOGOTIPOS DE LA INSTITUCIÓN, FAVOR DE ACLARAR	EL ANEXO 1.12 DEBE IR CON LOS LOGOTIPOS DE EMPRESA
632516	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	ECONÓMICO	DRMAS	ANEXO 14 PROPOSICION ECONOMICA	SOLICITO A LA CONVOCANTE, EN EL ANEXO 14, NOS PERMITA AGREGAR UNA COLUMNA DONDE SE PUEDAN PONER LAS DEMANDAS, ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE NO SE ACEPTA DEBERA APEGARSE AL FORMATO 14, A CANTIDAD 1
632517	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	ECONÓMICO	DRMAS	ANEXO 14 PROPOSICION ECONOMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI LA COLUMNA "TOTAL", DEL FORMATO ANEXO 14 ES EL RESULTADO DE LA MULTIPLICACION DE PRECIO UNITARIO POR LA CANTIDAD DE DEMANDAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE ADJUDICARA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO CONSIDERANDO EL MONTO MINIMO Y MAXIMO AUTORIZADO MISMO QUE SE SEÑALA EN EL PARAMETRO ECONOMICO DE LA PLATAFORMA INETGRAL COMPRANET EN ESE SENTIDO LOS LICITANTES DEBERAN COTIZAR A CANTIDAD UNO, POR LO QUE EN LA COLUMNA DE TOTAL SERA EL RESULTADO DEL PRECIO UNITARIO MAS EL I.V.A.
632518	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE	EN EL ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, SOLICITAN EN EL NUMERAL 12 CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA PARA BANCO DE SANGRE PARA EL FRACCIONAMIENTO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS, CENTRIFUGA CON CAPACIDAD DE 8 BOLSAS, CON DOS JUEGOS DE CAMISAS, ES CORRECTO ENTENDER QUE MI REPRESENTADA PUEDE PARTICIPAR CON UNA CENTRIFUGA DE PISO REFRIGERADA CON CAPACIDAD DE 12 BOLSAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632519	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE	EN EL ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, SOLICITAN CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA PARA BANCO DE SANGRE PARA EL FRACCIONAMIENTO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS, CENTRIFUGA CON CAPACIDAD DE 8 BOLSAS, CON DOS JUEGOS DE CAMISAS, LE ACLARAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, CON LO CUAL SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA CENTRIFUGA DE PISO REFRIGERADA CON CAPACIDAD DE 6 BOLSAS Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS REVISAR CON EL JEFE DEL SERVICIO SI LA CAPACIDAD SE AJUSTA A LA PRODUCTIVIDAD DEL BANCO DE SANGRE PARA QUE PUEDA SER INSTALADA Y EN CASO CONTRARIO INSTALAR UNA CON CAPACIDAD SUPERIOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632520	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE	EN EL ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, NUMERAL 16 SOLICITAN SELLADOR DIELECTRICOS COMPACTO Y LIGERO PARA SELLAR TUBERIA DE BOLSAS, FILTROS Y EQUIPOS DE AFÉRESIS, CON ELECTRODO DELANTERO	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

22100000

00000164



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					QUE SE PUEDA QUITAR PARA REALIZAR LIMPIEZA.ES CORRECTO ENTENDER QUE AL MENCIONAR ELECTRODO DELANTERO QUE SE PUEDA QUITAR PARA REALIZAR LIMPIEZA, ES, ¿QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN PROTECTOR DE CABEZAL EXTRAÍBLE O UN CAPUCHÓN DE PLÁSTICO EXTRAÍBLE? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
632521	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE	EN EL ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, NUMERAL 28 BALANZA MECÁNICA DE DOS PLATOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA EN UNA BALANZA DIGITAL DE DIFERENCIAL ELECTRÓNICO, MUESTRA EL DIFERENCIAL DE PESO DE 2 OBJETOS, COMPARACIÓN DE PESO EN SEGUNDOS, SIMPLE Y FÁCIL DE USAR, PROTEGE CENTRÍFUGAS COSTOSAS DE CARGAS DESEQUILIBRADAS, LECTURA DE PESO 0-2500GR. (RANGO). LUCES INDICADORAS: BUENO (SI AMBAS BANDEJAS ESTÁN EQUILIBRADAS) A (BANDEJA DEL LADO IZQUIERDO DE LA BALANZA) B (BANDEJA DEL LADO DERECHO DE LA BALANZA). ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632522	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE	EN EL ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE SECCIÓN DE MOBILIARIO, NUMERAL 1. SILLÓN PARA FLEBOTOMÍA (ESTACIÓN DE DONANTES) CON CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 135 KG, APOYABRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE Y CAPACIDAD GIRATORIA, SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN SILLÓN DE DONADOR QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE PESO DE 200 KILOS, OPERACIÓN ELÉCTRICA CON DESCANSO PARA BRAZO DERECHO E IZQUIERDO AJUSTABLE, CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE QUE PERMITE UN FÁCIL POSICIONAMIENTO DESDE LA ALTURA DE LA CABEZA HASTA LA ALTURA DEL PIE O CUALQUIER POSICIÓN INTERMEDIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632523	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE	EN EL ANEXO 19 PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE SECCIÓN DE MOBILIARIO, NUMERAL 1. SILLÓN PARA FLEBOTOMÍA (ESTACIÓN DE DONANTES) CON CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 135 KG, SOLICITAN, CON CAPACIDAD GIRATORIA, ES CORRECTO ENTENDER ¿QUE EL SILLÓN REQUIERE TENER RUEDAS? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632524	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCN. DEL SER. INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS) NUMERAL VI	EN EL ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS), NUMERAL VI. BOLSAS Y FILTROS (INSUMOS DE FLEBOTOMÍA), EN EL NUMERAL 1.2 SOLICITAN CON PUNTA DE TRIPLE BISELADO Y EN EMPAQUE DE ALUMINIO. ACLARAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA DESCRIPCIÓN LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA BOLSA CUÁDRUPLE DE RECOLECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SANGRE CON CAPACIDAD DE 450 ML +/- 10%, CON 63 ML DE ANTICOAGULANTE Y 100 ML DE SAG MANITOL QUE BRINDA 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO, OBTENCIÓN DE PLASMA Y CONCENTRADO DE PLAQUETAS UNITARIAS, CON CONSERVACIÓN A 5 DÍAS, AGUJA DE 16 G CON UN ÁNGULO MULTIBISELADO PARA UNA PUNCIÓN SUAVE Y UNA CATETERIZACIÓN OPTIMIZADA, CON EMPAQUE INDIVIDUAL QUE GARANTIZA LA ESTERILIDAD DE LA BOLSA HASTA LA FECHA QUE INDICA EL	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

00000000

00000165



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
632525	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉC. DEL SER. INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS) NUMERAL VI	EMPAQUE PRIMARIO (CAJA). ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? EN EL ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS), NUMERAL VI. BOLSAS Y FILTROS (INSUMOS DE FLEBOTOMÍA), EN EL NUMERAL 1.3 SOLICITAN CON PUNTA DE TRIPLE BISELADO Y EN EMPAQUE DE ALUMINIO. ACLARAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA DESCRIPCIÓN LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA BOLSA TRIPLE DE RECOLECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SANGRE CON CAPACIDAD DE 450 ML +/- 10%, CON 63 ML DE ANTICOAGULANTE Y 100 ML DE SAG MANITOL QUE BRINDA 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO, AGUJA DE 16 G CON UN ÁNGULO MULTIBISELADO PARA UNA PUNCIÓN SUAVE Y UNA CATETERIZACIÓN OPTIMIZADA, CON EMPAQUE INDIVIDUAL QUE GARANTIZA LA ESTERILIDAD DE LA BOLSA HASTA LA FECHA QUE INDICA EL EMPAQUE PRIMARIO (CAJA). ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632526	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉC. DEL SER. INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS) NUMERAL VI	EN EL ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS), NUMERAL VI. BOLSAS Y FILTROS (INSUMOS DE FLEBOTOMÍA), EN EL NUMERAL 1.5 SOLICITAN BOLSAS DE TRANSFERENCIA MÚLTIPLES ESTÉRIL CON SISTEMA DE UNIÓN CONECTOR ESTÉRIL, ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLICITAN, BOLSAS PARA TRANSFERENCIA Y/O EQUIPO PARA FRACCIONAR SANGRE, PLASMA O SOLUCIÓN FISIOLÓGICA, EQUIPO PARA FRACCIONAR SANGRE O PLASMA EN VOLÚMENES PEQUEÑOS. JUEGO DE 5 BOLSAS DE 100 ML, UNIDAS A UN CONECTOR PERFORADOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632527	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉC. DEL SER. INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS) NUMERAL VI	EN EL ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS), NUMERAL VI. BOLSAS Y FILTROS (INSUMOS DE FLEBOTOMÍA), EN EL NUMERAL 1.4 SOLICITAN BOLSAS DE TRANSFERENCIA UNIDA A LA BOLSA PRINCIPAL 150 O 100 ML PARA VOLÚMENES PEQUEÑOS CON CONECTOR ESTÉRIL, ES CORRECTOR ENTENDER QUE SOLICITAN BOLSAS PARA TRANSFERENCIA Y/O EQUIPO PARA FRACCIONAR SANGRE, PLASMA O SOLUCIÓN FISIOLÓGICA, EQUIPO PARA FRACCIONAR SANGRE O PLASMA EN VOLÚMENES PEQUEÑOS. CAPACIDAD DE 150 ML O 300 ML. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632528	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉC. DEL SER. INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS) NUMERAL VI	EN EL ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS), NUMERAL VI. BOLSAS Y FILTROS (INSUMOS DE FLEBOTOMÍA), EN EL NUMERAL 1.6 SOLICITAN FILTRO PRE-ALMACENAMIENTO PARA LEUCORREDUCIR CONCENTRADOS ERITROCITARIOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA BOLSA QUINTUPLE CON FILTRO EN LÍNEA PARA LA PREPARACIÓN DE CONCENTRADO ERITROCITARIO LEUCODEPLETADO PRE ALMACENAMIENTO, PLASMA Y PLAQUETAS DE BUFFY COAT CON VIGENCIA DE 5 DÍAS, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE FRACCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
632529	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉC. DEL SER. INTEGRAL Y SIS. INFORMÁTICO (SIASS), NUMERAL VII	EN EL ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO (SIASS), EN EL NUMERAL VII. AFÉRESIS Y RECAMBIO PLASMÁTICO, SE SOLICITA, EN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UN VOLUMEN EXTRACORPÓREO MENOR O IGUAL A 150ML DE SANGRE	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NUMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					TOTAL, SE ACLARA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA ESPECIFICACIÓN PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE AFÉRESIS TOTAL COMPACTO Y LIGERO, DE GRAN MOVILIDAD, DE USO FÁCIL Y SEGURO GRACIAS A SU AVANZADA TECNOLOGÍA. EL SISTEMA LE OFRECE: PROTOCOLOS PARA RECOLECCIÓN DE PLAQUETAS, HEMATÍES Y PLASMA, PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS PARA RECAMBIO PLASMÁTICO, RECOLECCIÓN DE CÉLULAS PROGENITORAS, LEUCOAFÉRESIS, PLAQUETOREDUCCIÓN Y HEMAFÉRESIS. CON PANEL DE CONTROL INTERACTIVO DE GRAN TAMAÑO QUE PROPORCIONA AL OPERADOR INFORMACIÓN, CON MANGUITO DE PRESIÓN DE TIPO TORNQUETE SE UTILIZA PARA MANTENER UN FLUJO SANGUÍNEO VENOSO ÓPTIMO. CUENTA CON BALANZA QUE PERMITE CALCULAR EL VOLUMEN, ADICIÓN AUTOMÁTICA DE LA SOLUCIÓN ADITIVA, FILTRO INTEGRADO PARA REALIZAR LA FILTRACIÓN AL FINAL DEL PROCEDIMIENTO, CON VÁLVULAS QUE CONTROLAN AUTOMÁTICAMENTE EL FLUJO DEL LÍQUIDO A TRAVÉS DE LOS TUBOS DEL EQUIPO DESECHABLE, PROPORCIONA AL OPERADOR LA OPCIÓN DE INFUNDIR SOLUCIÓN SALINA JUNTO CON LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS. CÁLCULO DE LOS VOLUMENES DEL PROCEDIMIENTO PROCESADOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DONANTE/PACIENTE INDIVIDUAL Y LOS RESULTADOS BUSCADOS. PERMITE AL OPERADOR CONSULTAR ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PROCESAMIENTO. MONITOREO DEL FLUJO DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE. BAJO NIVEL DE RUIDO. DESECHABLES DISEÑADOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?	
632530	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE,1.1.4 EL SISTEMA DEBERÁ DE FUNCIONAR EN WEB	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA INFORMACIÓN QUE SE ESTÁ ALMACENANDO DE TODOS LOS DONADORES PUEDE ESTAR CONTENIDA EN UN SOLO SERVIDOR FÍSICO PARA QUE SE PUEDA HACER LA CONSULTA DE ESTA INFORMACIÓN. DE LO CONTRARIO SE SOLICITA AL LICITANTE OTORQUE UN TIEMPO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIONALIDAD.	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632531	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE,1.1.3 EL ENLACE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA VISUALIZACION DE INVENTARIOS MEDIANTE DIFERENTES MEDIO DE COMUNICACIÓN COMO CORREO ELECTRONICO, ASI COMO VISUALIZARLOS EN PERIODOS PROGRAMADOS, SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632532	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE,1.2.3 EL SISTEMA OPERATIVO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFRECER UNA SOLUCIÓN BASADA EN WEB PERO CON SERVIDORES FÍSICOS INSTALADOS A NIVEL CENTRAL O EN LAS UBICACIONES QUE SEA NECESARIAS, DERIVADO A QUE UN SERVICIO EN LA NUBE PUEDE ENCARRECER EN COSTO DEL SERVICIO POR LA INFRAESTRUCTURA A IMPLEMENTAR, SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632533	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE,1.1.11 UNA ESTACIÓN DE TRABAJO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ES POSIBLE POR MEDIO DE VPN EL ACCESO REMOTO A LAS DISTINTAS UNIDADES, SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632534	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE,1.2.10 OPERACIONES AUTOMATIZADAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE LA PERIODICIDAD DE LAS COPIAS AUTOMATIZADAS PARA LAS BASES DE DATOS	MENSUALES

33100000

00000167



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
632535	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE, 1.1.24 CAPACIDAD DE CENTRALIZAR	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OTORGAR UN TIEMPO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIONALIDAD CON BASE A LAS NECESIDADES DEL USUARIO	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632536	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE, 1.1.25 CENTRALIZAR	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA CARACTERÍSTICA. ASÍ MISMO SE SOLICITA SE OTORQUE UN TIEMPO ADECUADO PARA SU DESARROLLO.	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632537	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE, 2.3.28 APARTADO DONDE SE PUEDA REALIZAR	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFRECER UNA HERRAMIENTA A TIPO CRM PARA PODER GESTIONAR ESTA INFORMACIÓN	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632538	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE, 2.3.29 DEBERÁ PERMITIR LA CARGA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OTORGAR UN TIEMPO ADECUADO PARA DESARROLLO DE LA INTERFAZ CON UNA HERRAMIENTA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNA AL SISTEMA DE BANCO DE SANGRE	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632539	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE, 2.3.30 EL SISTEMA DEBERÁ DE PERMITIR	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LA FUNCIÓN DE LA CARACTERÍSTICA QUE SE BUSCA Y QUE OTORQUE UN TIEMPO ADECUADO PARA SU DESARROLLO.	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632540	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TECNICA SOFTWARE, 2.3.31 EL SISTEMA DEBERÁ DE TENER	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFRECER UNA HERRAMIENTA DE TURNOS PARA QUE SE CUMPLA ESTA FUNCIÓN	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632541	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO1.2, XII.FICHA TEC. SOFTWARE, 2.3.32 REALIZACIÓN DE PDIOS DE HEMOCOMPONENTES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTA FUNCIONALIDAD QUE SE BUSCA PUEDE SER DESARROLLADA EN UNA SIGUIENTE ETAPA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632542	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO TÉCNICO. PÁG. 8	FICHAS TÉCNICAS ELECTRONICAS, PARA EL LLENADO DE LOS ANEXOS 1.2, 1.4 Y 1.6 EL LICITANTE DEBERÁ REFERENCIAR CADA PUNTO... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR EN CASO DE SER NECESARIO SOLO EN HOJAS ESPECIFICAS DEL MANUAL DE LOS EQUIPOS A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	DEBERA REFERENCIAR CADA PUNTO DE LA FICHA EN HOJAS DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS QUE PRESENTE, LOS CUALES DEBERÁN CARGARSE COMPLETOS.
632543	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO TÉCNICO PÁG 10	A. REGISTRO Y CERTIFICADOS ESPECÍFICOS APLICAR EN LOS EQUIPOS... 1. REGISTRO SANITARIO 1.1 REGISTRO SANITARIO VIGENTE: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI EN CASO DE QUE EL BIEN CUENTE CON MODIFICACIONES EN LOS REGISTROS SANITARIOS, ESTOS TAMBIEN DEBERÁN SER INCLUIDOS, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
632544	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO TÉCNICO PÁG 11	B. REGISTRO Y CERTIFICADOS ESPECÍFICOS APLICAR EN LOS INSUMOS... 2. CERTIFICADOS. 2.1 PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LOS INSUMOS, CONTROLES Y CALIBRADORES, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBE PRESENTAR DICHO CERTIFICADO CUANDO APLIQUE
632545	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO TÉCNICO. PÁG. 13:	10. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL. 7. EL LICITANTE SE COMPROMETE AL MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSO BIOLÓGICO-INFECCIONES... PARA ESTE PUNTO, DEBEMOS ENTENDER QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ CONTRATAR UNA EMPRESA AUTORIZADA PARA EL DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS MENCIONADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
632546	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	ANEXO TÉCNICO. PÁG. 14.	10. OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL. 21. QUE SE COMPROMETE A INICAR CON EL PROCESO DE ENTREGA, INSTALACIÓN	SE ACEPTA UN LAPSO DE 60 DIAS NATURALES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					Y PUESTA EN OPERACIÓN... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE CONSIDERANDO LOS TIEMPO RECORTAOS DE LA PRESNETE LICITACIÓN, NOS PERMITA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LA ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO Y CAPACITACIÓN, EN UN LAPSO DE 60 DÍAS. YA QUE LA SOLA INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOAS ANALIZADORES, TIENEN UN LAPSO DE 10 DÍAS. ¿SE ACEPTA?	
632547	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 SEROLOGIA INFECCIOSA A. PUNTO 1.4	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. I. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, FAVOR DE ACLARAR, LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA A LA CUAL SE REFIERE SIGNIFICA QUE NO ES NECESARIO QUE EL EQUIPO SE DETENGA PARA PODER INGRESAR UNA MUESTRA UNA VEZ QUE HAYA COMENZADO EL PROCESO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	ES CORRECTA SU APRECIACION
632548	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 RESPONSABILIDAD ES DE LA EMPRESA.	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. I. SEROLOGIA INFECCIOSA A. IV. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CABALMENTE CON TODOS LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN ESTA SECCIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO INCLUYA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS PARA EL INCISO RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA DEL NUMERAL I DE SEROLOGIA INFECCIOSA O BIEN DEBERA RESPETAR LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO PARA EL NUMERAL IV
632549	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. I. SEROLOGIA INFECCIOSA A. IV. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME, COMO DEBEMOS NOMBRAR EL ARCHIVO PDF QUE SE INCLUIRÁ DENTRO DE LA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR.	DEBE NOMBRAR EL ARCHIVO COMO EL LICITANTE CONSIDERE Y ESPECIFICAR EL NOMBRE EN LA COLUMNA "DESCRIPCION DEL OFERENTE", ASI COMO CARGAR DICHA CARTA EN AL PARAMETRO "ANEXO 1.2 SEROLOGIA INFECCIOSA A"
632550	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. I. SEROLOGIA INFECCIOSA A. V. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO (REGISTRO SANITARIO, CERTIFICACIONES Y CARTA DE APOYO) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. EN CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS SEAN DE ORIGEN NACIONAL, NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 O ISO 13485 YA QUE CON ESTO SE GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO O EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
632551	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. I. SEROLOGIA INFECCIOSA A. V. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO (REGISTRO SANITARIO, CERTIFICACIONES Y CARTA DE APOYO) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. QUE PARA AQUELLOS INSUMOS, REACTIVOS, CONSUMIBLES O EQUIPOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO Y QUE ESTÉN PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, NOS PERMITA ENTREGAR SOLO EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO, DEBIDO A QUE NO SON CONSIDERADOS COMO EQUIPOS O INSUMOS MÉDICOS Y POR LO TANTO LAS ENTIDADES REGULATORIAS DE CADA PAÍS NO EMITEN UN CERTIFICADO DE LIBRE VENTA. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632552	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET 130824.	PUNTO II. GUÍA DE CARGA PARA EL REQUERIMIENTO 2 AL 12 " ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL."SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. NOS	BASTARA CON CARGAR UNA SOLA VEZ EL ARCHIVO SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE SU NOMBRE EN LA COLUMNA ESPECIFICADA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					CONFIRME QUE PARA EL CASO DE LOS ARCHIVOS QUE SE INCLUIRÁN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPUESTA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LOS REACTIVOS, ES NECESARIO DUPLICAR CADA DOCUMENTO "N" NÚMERO DE VECES RENOMBRÁNDOSE COMO LO ESTABLECE LA NOMENCLATURA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN ALGUNOS CASOS TODAS LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS PUEDEN ENCONTRARSE EN UN SOLO INSERTO, CATALOGO O MANUAL O BASTARÍA CON INCLUIR SOLO UNA VEZ EL ARCHIVO FAVOR DE ACLARAR.	
632553	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 SEROLOGÍA INFECCIOSA A. PUNTO 2.8.6.	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. I. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. FAVOR DE ACLARAR, A QUE HACER REFERENCIA CON LA SIGLAS "RTC".	CONTROL DE TIEMPO DE REACCIÓN
632554	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS CABALMENTE A CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE LOS PUNTOS EN LOS CUALES NO PUEDAN SER REFERENCIADOS EN, CATALOGOS, INSERTOS, MANUALES, ETC. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR ÚNICAMENTE UN PUNTO POR EQUIPO OFERTADO CON UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
632555	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 SEROLOGÍA INFECCIOSA B. PUNTO. 2.10	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. II. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR UN REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE HEPATITIS A TOTALES, DEBIDO A QUE ESTE PROCEDIMIENTO NO ES UNA PRUEBA OBLIGATORIA DE ACUERDO CON LA NOM-253-SSA1-2012 LA CUAL ESTABLECE "9.4.2 LAS PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE LOS AGENTES INFECCIOSOS TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN DEBERÁN INCLUIR OBLIGATORIAMENTE LA DETECCIÓN DE LOS SIGUIENTES: A) TREPONEMA PALLIDUM; B) VIRUS B DE LA HEPATITIS; C) VIRUS C DE LA HEPATITIS; D) VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2, Y E) TRYPANOSOMA CRUZI; ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632556	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 ÁCIDOS NUCLEICOS. PUNTO 1.4	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. III. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE EN PUNTO SE HACE REFERENCIA A QUE EL ANALIZADOR DEBERÁ INCLUIR UN EQUIPO DE CÓMPUTO CON LAS CARACTERÍSTICAS SUFICIENTES PARA PODER SER INTERFASABLE A UNA RED DE LABORATORIO INTERNA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
632557	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 III. ÁCIDOS NUCLEICOS. PUNTO 1.4	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR DICHO EQUIPO DE CÓMPUTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632558	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS CABALMENTE A CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE LOS PUNTOS EN LOS CUALES NO PUEDAN SER REFERENCIADOS EN, CATALOGOS, INSERTOS, MANUALES, ETC. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR ÚNICAMENTE UN PUNTO POR EQUIPO OFERTADO CON UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
632559	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 III. ÁCIDOS NUCLEICOS. PUNTO 2.3.3	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR UN REACTIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE CUENTE CON UN CONTROL INTERNO PARA CONTROLAR EL RENDIMIENTO DE	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					CADA ENSAYO EN CADA MUESTRA. ¿SE ACEPTA?	
632560	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 VI. INSUMOS DE FLEBOTOMIA PUNTO. 1.2.3	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. VI. BOLSAS Y FILTROS (INSUMOS DE FLEBOTOMIA). PUNTO. 1.2.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN ANGULO MULTI BISELADO Y CALIBRE DE LA AGUJA 16G. SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632561	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 VI. (INSUMOS DE FLEBOTOMIA). PUNTO. 1.2.4	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DONDE EL EMPAQUE PRIMARIO ESTE COMPUESTO DE UNA PELÍCULA DE POLIPROPILENO/ETILENO Y EL EMPAQUE SECUNDARIO SEA DE CARTÓN, EL CUAL NO AFECTA SU CALIDAD NI SU CONSERVACIÓN Y ES PERFECTAMENTE VIABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632562	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 VI. (INSUMOS DE FLEBOTOMIA). PUNTO. 1.6	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA BOLSA CUÁDRUPLE TOP & BOTTOM QUE CUENTE CON FILTRO DE LEUCOREDUCCIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632563	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 VII. AFÉRESIS Y RECAMBIO PLASMÁTICO	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE, PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS DE AFÉRESIS, NOS PERMITA OFERTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR DICHOS PROCEDIMIENTOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE ACTUALMENTE SOLO EXISTE UNA MARCA Y MODELO EN EL MERCADO QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DEL PUNTO 1.4 EN UNA SOLA MÁQUINA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632564	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 IV. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE COMO SERÁ NOMBRADO ESTE DOCUMENTO DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA MENCIONADA EN EL DOCUMENTO "GUÍA DE CARGA PARA EL REQUERIMIENTO 2 AL 12 "ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL."	DEBERÁ RESPETAR LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO PARA EL NUMERAL IV
632565	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET 130824. PUNTO II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE EFICIENTAR EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN LA PLATAFORMA COMPRAGUÍA DE CARGA PARA EL REQUERIMIENTO 2 AL 12 "ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL." NET Y EVITAR TIEMPOS DE CARGA PROLONGADOS, DEBIDO A QUE ALGUNOS MANUALES SUPERAN LOS 400-500MB NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR DICHOS MANUALES EN ALGÚN MEDIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL O DE MANERA IMPRESA, Y SE PUEDA OMITIR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632566	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 X. INMUNOHEMATOLOGÍA C. PUNTO. 2.3.2 Y 2.3.3	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA REFERENCIA A LA CUAL HACE MENCIÓN AMBOS PUNTOS SE REFIERE A LA MISMA PRUEBA Y METODOLOGÍA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
632567	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 X. INMUNOHEMATOLOGÍA C. PUNTO. 2.4.1	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR TIPOGRÁFICO INVOLUNTARIO Y SE ESTÁ REFIRIENDO A LA DETERMINACIÓN EN TUBO DE LAS LECTINAS A1 Y A2. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
632568	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 X.	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, FAVOR DE ACLARAR A QUE	DETERMINAR LA CANTIDAD DE ANTICUERPOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
632569	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	INMUNOHEMATOLOGÍA C. PUNTO. 2.4.6 FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 X X. INMUNOHEMATOLOGÍA C. PUNTO. 2.4.8	HACE REFERENCIA CON LA PRUEBA DE "TITULACIÓN". SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, FAVOR DE ACLARAR A QUE HACE REFERENCIA CON LA PRUEBA DE "TITULACIÓN".	DETERMINAR LA CANTIDAD DE ANTICUERPOS
632570	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_2 DMTI 085_2024 X. X. INMUNOHEMATOLOGÍA C. PUNTO. 2.4.3	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EL REACTIVO DE SUERO DE COOMBS POLIESPECÍFICA (ANTI IGG Y C3D) PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRUEBA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632571	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE PODRÁN PRESENTAR LAS HOJAS DE LOS MANUALES, INSERTOS O CATÁLOGOS DONDE SE HAGA REFERENCIA A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632572	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN CASO DE QUE EL MANUAL, INSERTO, GUÍA MECÁNICA O CERTIFICADO SE ENCUENTRE EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA?	SE DEBERÁ ENTREGAR CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL
632573	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	DRMAS	CONVOCATORIA. INCISO E.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR NOS PERMITA FOLIAR DE MANERA INDIVIDUAL CADA UNO LO DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS, TÉCNICA LEGAL Y ECONÓMICA. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
632574	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	DRMAS	CONVOCATORIA. INCISO E.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR NOS INDIQUE, COMO SE REALIZARA EL FOLIADO DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPUESTA TÉCNICA, LEGAL Y ECONÓMICA, ESTO DERIVADO QUE DE ACUERDO CON LA GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET 130824. TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS ESTAN DIVIDIDOS POR CATEGORÍA (REGISTROS, MANUALES, CERTIFICADOS, FOLLETOS, CARTAS DE APOYO, ETC.) Y PERDERÍAN SU CONTINUIDAD. FAVOR DE ACLARAR.	LA CONVOCANTE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
632575	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_4 DMTI 085_2024 24. CONTENEDOR RESISTENTE	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE ESTOS EQUIPOS, DEBERÁN CUMPLIR CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL POR LA OMS DONDE DEMUESTRE QUE SON EQUIPOS APTOS PARA EL TRANSPORTE DE COMPONENTES SANGUÍNEOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
632576	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_4 DMTI 085_2024 24. CONTENEDOR RESISTENTE	SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR LAS CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE PARA DEMOSTRAR QUE CUMPLE CABALMENTE CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632577	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_4 DMTI IV. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA	1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR EN LA INSTALACIÓN DEL BIEN LO SIGUIENTE: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS BAJO PROTESTAS CON RESPECTO A OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO, DESCRITOS EN SU TOTALIDAD EN EL ANEXO 1.4 FICHAS: IV RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA	EL LICITANTE DEBERÁ ATENDER EL INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL PUNTO IV. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATEGORIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PUNTO 1.1., 1.2, 1.3,1.4,1.5,2.2.1,2.2. ¿SE ACEPTA?	
632578	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS ANEXO 1_4 DMTI 2.-EN EL ACTO DE APERTURA, PUES	TA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL BIEN EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA: 2.2. CERTIFICADO ISO: 13485:2016 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL PUNTO 2.-CERTIFICADOS PARA BIENES INTERNACIONALES, NOS PERMITA ENTREGAR EL CERTIFICADO ISO 9001. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DEL EQUIPO O INSUMO OFERTADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
632579	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_4 DMTI 6.	CONGELADOR PARA BANCO DE SANGRE DE 17 PIES CÚBICOS O SIMILAR A CAPACIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CONGELADORES PARA BANCO DE SANGRE DONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO O VOLUMEN SEA EXPRESADA EN LITROS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
632580	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_4 DMTI 7.	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE DE 5 PIES CÚBICOS O SIMILAR A CAPACIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS REFRIGERADORES PARA BANCO DE SANGRE DONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO O VOLUMEN SEA EXPRESADA EN LITROS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
632581	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_4 DMTI 7.	CONGELADOR PARA BANCO DE SANGRE DE 17 PIES CÚBICOS O SIMILAR A CAPACIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CONGELADORES PARA BANCO DE SANGRE CON CAPACIDAD SUFICIENTE EN NUMERO DE BOLSAS DE ACUERDO CON LA PRODUCTIVIDAD DE CADA UNIDAD MEDICA ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632582	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1_4 DMTI 7.	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE DE 5 PIES CÚBICOS O SIMILAR A CAPACIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS REFRIGERADORES PARA BANCO DE SANGRE CON CAPACIDAD SUFICIENTE EN NUMERO DE BOLSAS DE ACUERDO CON LA PRODUCTIVIDAD DE CADA UNIDAD MÉDICA ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632583	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	DRMAS	CONVOCATORIA. 6 DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI HAY UN RUBRO EN DONDE SE DEBE VACIAR O INCLUIR LA INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE FOLIO DE LOS DOCUMENTOS. FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE: NO EXISTE NINGÚN RUBRO AL RESPECTO, SIN EMBARGO, DEBERÁ ATENDER A LO SEÑALADO EN LOS PÁRRAFOS SEXTO Y SÉPTIMO DEL NUMERAL 6. "DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES" DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
632584	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	CONVOCATORIA 18.- MANUAL DE USUARIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA CARTA BAJO PROTESTA Y EN CASO DE SER ADJUDICADO ENTREGAR EN ELECTRÓNICO O IMPRESO AL JEFE DEL BANCO DE SANGRE Y OMITIR LA ENTREGA EN PDF ESTO CON EL FIN DE NO SATURAR EL SISTEMA ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632585	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET 130824. PUNTO II.	GUÍA DE CARGA PARA EL REQUERIMIENTO 2 AL 12 "ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL." SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA GUÍA DE CARGA. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ ENTREGAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

55100000

00900173



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO, DE MANERA OBLIGATORIA O BASTA CON PRESENTAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPROBAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEL BIEN EN EL ENTENDIDO DE QUE EN ALGUNAS OCASIONES BASTA CON ENTREGAR SOLAMENTE UN SOLO CATALOGO O MANUAL YA QUE AHÍ SE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS. FAVOR DE ACLARAR.	
632586	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET 130824. PUNTO II.	GUÍA DE CARGA PARA EL REQUERIMIENTO 2 AL 12 "ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL." EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE COMO SE TENDRÍA QUE NOMBRAR ESTE ARCHIVO.	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632587	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET 130824. PUNTO II.	GUÍA DE CARGA PARA EL REQUERIMIENTO 2 AL 12 "ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL." SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA QUE MENCIONA EN LA GUÍA, ENTONCES LOS ARCHIVOS PARA HACER REFERENCIA AL APARTADO DE REACTIVOS DEBERÁN SER NOMBRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA REPITIENDO EL NÚMERO DE VECES QUE SEA NECESARIO DE ACUERDO CON LOS PUNTOS, AUNQUE SEA EXACTAMENTE IGUAL EL MISMO DOCUMENTO: 2.1 DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA, TIPOS 1 Y 2: 5_CATALOGO_21 2.1.1 DEBE CONTENER LOS ANTÍGENOS RECOMBINANTES PARA: 5_CATALOGO_211 2.1.2 DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2, INCLUIDOS M Y O, Y ANTÍGENO P24 DE VIH. 5_CATALOGO_212 2.1.3 DEBE PRESENTAR ALTA SENSIBILIDAD DIAGNÓSTICA IGUAL O MAYOR AL 100% Y ESPECIFICIDAD IGUAL O MAYOR AL 99.84%. 5_CATALOGO_213 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632588	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET 130824. PUNTO II.	GUÍA DE CARGA PARA EL REQUERIMIENTO 2 AL 12 "ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL." EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, COMO ES DE SU CONOCIMIENTO ALGUNAS VECES EN EL MISMO DOCUMENTO COMO: CATALOGO, INSERTO, ETC., SE PUEDE ENCONTRAR LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ENTONCES DEBERÍAMOS DUPLICAR LA INFORMACIÓN "N" NÚMERO DE VECES, RENOMBRANDO COMO LO ESTABLECE LA GUÍA, O PODEMOS ENTREGAR SOLO UNA VEZ EL MISMO ARCHIVO, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
632589	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET 130824. PUNTO II.	GUÍA DE CARGA PARA EL REQUERIMIENTO 2 AL 12 "ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL." EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE COMO SE TENDRÍA QUE NOMBRAR ESTE ARCHIVO.	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
632590	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	AT	GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE PODER EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE REVISIÓN, NOS PERMITA ENTREGAR UN SOLO	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				COMPRANET 130824.	ARCHIVO PDF QUE CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA COMO ES: 1. ANEXO 1.2 2. CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, 3. REGISTROS SANITARIOS 4. CERTIFICADOS PARA BIENES INTERNACIONALES 5. CERTIFICADOS PARA BIENES NACIONALES 6. CARTA DE APOYO RESPECTANDO ESE ORDEN Y EN UN SOLO ARCHIVO PDF POR NÚMERO DE REQUERIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	
632593	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	MEDICA	8.- REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE DEBERÁ INCLUIR EL ANTISUERO PARA ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECÍFICA ANTI-C3D, COMO COMPLEMENTO A LA PRUEBA DE ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECÍFICA IGG PARA LA PRUEBA DE COOMBS INDIRECTO INCLUIDO EN EL ANEXO 17.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
632595	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO	(SIAAS). VI. REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGÍA. 2.1 MENÚ DE TARJETAS DE GEL O CASETE DE MICROESFERAS DE VIDRIO. 2.5. PRUEBAS DE COOMBS DIRECTA O INDIRECTA (IG G E IG M), PRUEBA CRUZADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OFERTA DE ESTA PRUEBA, DEBEMOS CONSIDERAR PRUEBA MAYOR Y AUTOCONTROL. ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES PRUEBA MAYOR Y AUTO TESTIGO
632596	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	MEDICA	10.- ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL Y SISTEMA INFORMÁTICO	(SIAAS). VI. REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGÍA. 2.4. MENÚ DE DETERMINACIONES EN TUBO. 2.4.6. TITULACIÓN DE ANTIGLOBULINA DIRECTA. 2.4.8. TITULACIÓN DE ANTIGLOBULINA DIRECTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FAVOR DE INDICAR, SI LAS TÉCNICAS DE TITULACIÓN DE ANTIGLOBULINA HUMANA DIRECTA E INVERSA SOLO SE REALIZARÍA EN TUBO, DE ACUEDO A SU PROCESO.	SE DEBERÁ REALIZAR EN TUBO Y OCASIONALMENTE EN TARJETA
634473	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	ANEXO 6	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR EL ANEXO 6 CON MARCA DE AGUA LA LEYENDA "NO APLICA" YA QUE MI REPRESENTADA NO PERTENECE AL SECTOR MIPYMES, POR SER UNA EMPRESA GRANDE ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE; SE ACEPTA LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR DICHO ANEXO 6 CON LA LEYENDA NO APLICA
634518	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	5.1 EVALUACIÓN	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE EVALUARÁN LOS FORMATOS Y ANEXOS SERÁN EVALUADOS CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 39 DE LA LAASSP?	LA CONVOCANTE: RESPONDE: QUE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN LOS NUMERALES 2.9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 5.1 EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 36, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA "LAASSP" Y 51, SEGUNDO PÁRRAFO DEL "RLAASSP", PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES "LA SECRETARÍA" UTILIZARÁ EL CRITERIO BINARIO. LA CONVOCANTE DEBERÁ VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN; LA UTILIZACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO (CUMPLE O NO CUMPLE), MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE ADJUDICA A QUIEN

00000175

00000175



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
						CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO.
634519	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	DRMAS	5.1 EVALUACIÓN	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE EVALUARÁN LOS FORMATOS Y ANEXOS SERÁN EVALUADOS CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 39 DE LA LAASSP?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN LOS NUMERALES 2.9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 5.1 EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 36, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA "LAASSP" Y 51, SEGUNDO PÁRRAFO DEL "RLAASSP", PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES "LA SECRETARÍA" UTILIZARÁ EL CRITERIO BINARIO, LA CONVOCANTE DEBERÁ VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN; LA UTILIZACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO (CUMPLE O NO CUMPLE), MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE ADJUDICA A QUIEN CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO.
634520	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	AT	1 DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP ESTABLEZCA CON CLARIDAD Y PUNTUALIDAD LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS A CONTRATAR EN ESTE PROCEDIMIENTO	LA PRODUCTIVIDAD DE CADA UNIDAD MEDICA SE ESTIPULA EN LOS ANEXOS 1.13 Y 1.14, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO, SIN EMBARGO, ESTOS ARCHIVOS SE CARGARÁN NUEVAMENTE A LA PLATAFORMA COMPRANET PARA MAYOR LEGIBILIDAD. CABE SEÑALAR QUE LAS CANTIDADES REFERIDAS EN DICHO ANEXO SON ESTIMADAS.
634521	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	ECONÓMICO	AT	1 DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP ESTABLEZCA CON CLARIDAD Y PUNTUALIDAD LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS A CONTRATAR EN ESTE PROCEDIMIENTO, YA QUE DICHA INFORMACIÓN LIMITA LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA. FAVOR DE PRONUNCIARSE	LA PRODUCTIVIDAD DE CADA UNIDAD MEDICA SE ESTIPULA EN LOS ANEXOS 1.13 Y 1.14, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO, SIN EMBARGO, ESTOS ARCHIVOS SE CARGARÁN NUEVAMENTE A LA PLATAFORMA COMPRANET PARA MAYOR LEGIBILIDAD. CABE SEÑALAR QUE LAS CANTIDADES REFERIDAS EN DICHO ANEXO SON ESTIMADAS.
634522	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	ANEXO 12	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHO ANEXO ES SOLO INFORMATIVO Y NO DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
634523	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	DRMAS	5.1 EVALUACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CLARIFIQUE EL PUNTO DE LA EVALUACIÓN ESTIPULADO EN EL ANEXO 1.17 YA QUE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE NO HABRÁ ENTREGA DE MUESTRAS, TAMPOCO DEFINE LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, LO QUE SE OPONE A LO SOLICITADO EN EL	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE AL RESPECTO SE HIZO LA PRESIÓN NÚMERO 1 DEL PRESENTE ACTO EN DONDE SEÑALA LA FECHA, LUGAR Y HORARIO DE LA ENTREGA DE MUESTRAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6. MUESTRAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE	
634524	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	AT	FICHAS TÉCNICAS ELECTRÓNICAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DADA LA LIMITADA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN INDIVIDUAL POR ARCHIVO EN LA PLATAFORMA COMPRANET, SE PERMITA QUE FORME PARTE DE LA OFERTA TÉCNICA SOLO LA HOJA U HOJA DE LOS MANUALES, O FOLLETOS UTILIZADOS PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, YA QUE HAY MANUALES QUE INCLUYEN VARIOS MILES DE PÁGINAS Y QUE NO SON NECESARIOS EN SU TOTALIDAD PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO SE HABILITARÁ UN PARÁMETRO DE "OTROS" PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CARGA DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.
634525	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	AT	DOCUMENTACIÓN	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE AQUELLOS BIENES OFERTADOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO SE PODRÁ OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE MENCIONA EN EL APARTADO TAL Y COMO LAS CARTAS DE APOYO DE LOS TITULARES DE LOS REGISTROS, YA QUE TALES DOCUMENTOS NO EXISTEN AL NO TRATARSE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y REGULATORIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS NO EMITEN DICHA DOCUMENTACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
634526	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	AT	DOCUMENTACIÓN	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE AQUELLOS BIENES OFERTADOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO SE PODRÁ OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE MENCIONA EN EL APARTADO TAL Y COMO CERTIFICADO FDA O ISO 13485 ASÍ COMO LAS CARTAS DE APOYO DE LOS TITULARES DE LOS REGISTROS, YA QUE TALES DOCUMENTOS NO EXISTEN AL NO TRATARSE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y REGULATORIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS NO EMITEN DICHA DOCUMENTACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
634527	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	AT	REGISTROS SANITARIOS	CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE NUESTRA AUTORIDAD SANITARIA (COFEPRIS) HA IMPLEMENTADO UN NUEVO PROCEDIMIENTO A LAS SEGUNDAS PRORROGAS DE REGISTROS SANITARIOS O BIEN PRODUCTOS QUE TUVIERON RENOVACIONES PREVIAS, POR DICHAS RAZONES YA NO EMITIRÁ UN REGISTRO IMPRESO O ELECTRÓNICO, EN SUSTITUCIÓN ENTREGA UNA CONSTANCIA DE PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO CON VIGENCIA ACTUALIZADA DE 5 AÑOS, CON BASE A LO DESCRITO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARÁ CON INTEGRAR A LA PROPUESTA LAS NUEVAS CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR LA COFEPRIS. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO ANEXE EL REGISTRO SANITARIO, LA PRIMERA PRORROGA Y LA CONSTANCIA DE LA SEGUNDA PRORROGA.
634528	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	AT	REGISTROS SANITARIOS	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR EL REQUISITO SE DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO O LA PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO O LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO ES DECIR EL ÚLTIMO DOCUMENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS QUE PERMITE LA COMERCIALIZACIÓN EN MÉXICO DEL BIEN OFERTADO?	DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO, LA PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO Y LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO
634529	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	AT	OBLIGACIONES DEL SERVICIO NUMERAL 5	DEBEMOS ENTENDER QUE EL SITIO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE PUNTO ES AL ESTABLECIMIENTO DEL QUE SE ENTREGA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO 15189:2012 COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 2) DEL APARTADO D. DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS LICITANTES ¿ES CORRECTO?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA

PC100900

00000177



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
634530	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	DRMAS	DE LOS EQUIPOS NUMERAL 18	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SERÁN ACEPTADOS BIENES EQUIPOS E INSUMOS DE TODOS LOS PAÍSES EXCEPTUANDO LOS 4 ENLISTADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO, CABE SEÑALAR QUE ÚNICAMENTE EXCEPTUANDO LOS 5 PAÍSES ESTABLECIDOS EN LA MISMA.
634531	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	AT	IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS	SUPONEMOS UN ERROR TIPOGRÁFICO QUE HACE REFERENCIA A QUE DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA UN EJEMPLO DE LA ETIQUETA CON CÓDIGO QR QUE DEBERÁ DESGLOSAR TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS EN EL INCISO A. YA QUE ESTE APARTADO NO CUENTA CON NUMERAL 1 ¿ES CORRECTO?	EN EL NUMERAL 17.- IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES Y BÁSICOS. DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL ESCRITO SOLICITADO EN DICHO PUNTO, ASÍ COMO UN EJEMPLO DE LA ETIQUETA CON CÓDIGO QR QUE LEA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS EN EL INCISO a)
634532	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	AT	29. CARTA COMPROBACIÓN AÑOS DE FABRICACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DICHA CARTA SEA ENTREGADA A MÁS TARDAR AL TERCER DÍA NATURAL POSTERIOR A LA CONCLUSIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES, BÁSICOS Y DE COMPUTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
634533	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ULTRA CONGELADOR DE CONTACTO	DEBEMOS ENTENDER QUE DICHA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA AL CONGELADOR RÁPIDO DE PLASMA QUE UTILIZAR TECNOLOGÍA DE CHOQUE DE PLACAD DE CONTACTO Y QUE NO SERÁN ACEPTADOS EQUIPOS ULTRA CONGELADORES DE RECIRCULACIÓN DE AIRE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
634534	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	ANEXO 14	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO 14 DE PROPUESTA ECONÓMICA EN FORMATO EDITABLE EXCEL, TAL COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 6.3.2 DE LA CONVOCATORIA.	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE EL ANEXO 14 CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA SE CARGO EN FORMATO WORD EDITABLE. SIN EMBARGO PARA MAYOR REFERENCIA SE CARGARÁ EN FORMATO EXCEL EDITABLE
634535	BIODIST S.A. DE C.V.	ECONÓMICO	DRMAS	ANEXO 14	¿LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 6.3.2 INCISO A DE LAS BASES, DEBE AGREGARSE AL ANEXO 14? FAVOR DE ACLARAR.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EN CASO DEL INCISO A, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
634536	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	AT	ANEXO TÉCNICO 9. CERTIFICACIONES INCISO D.	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL LLENADO DEL ANEXO 19 BASTARÁ CON COLOCAR EL NOMBRE DEL ARCHIVO DEL FORMATO PDF Y QUE NO ES NECESARIO HIPERVINCULAR ARCHIVOS? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
634537	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	6.1 INCISOS A Y B	ES CORRECTO ENTENDER QUE LO SOLICITADO EN EL INCISO DE REFERENCIA ÚNICAMENTE DEBE SER INDICADO EN LOS ESCRITOS ELABORADOS POR EL LICITANTE Y NO ASÍ LOS EXPEDIDOS POR TERCEROS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SÓLO PARA LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN Y A LA ECONÓMICA (ANEXO 14).
634538	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	AT	ANEXO 19	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 19 NUMERAL 10 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL, BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA COMPROMISO QUE SE DARA CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES BAROMÉTRICAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE REQUIERE CARTA DE CONDICIONES BAROMÉTRICAS
634539	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN NUMERAL 17	CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO, ASÍ COMO EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, RELATIVO A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADOS EN EL	LA CONVOCANTE RESPONDE: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 17. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. DE

00000000

00000178



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 04 DE MAYO DE 2023 RESPECTIVAMENTE; POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS CUYA VIGENCIA DE EXPEDICION DE LA OPINION NO SEA MAYOR A 15 DÍAS NATURALES, A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LO ANTERIOR, AL TRATARSE DEL PLAZO OFICIAL ESTABLECIDO PARA LA VALIDEZ Y VIGENCIA DE LA OPINIÓN.	FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, (JUNTO CON LA RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ASEGURO ANTE EL IMSS).
634540	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION NUMERAL 17	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL DE REFERENCIA, SE PODRA PRESENTAR LISTADO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LA CONVOCANTE RESPONDE: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 17. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, (JUNTO CON LA RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ASEGURO ANTE EL IMSS).
634541	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	AT	14. EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO NUMERAL 4	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA COMPROBAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DEL EQUIPAMIENTO BASICOS SE REFIERE A: INCUBADORA, REFRIGERADORES, CENTRÍFUGA, FRACCIONADORES, SELLADORES, BALANZAS, CONECTOR ESTÉRIL, HORNO DE SECADO PARA PROTOCOLO GENERAL, AGITADOR, CONGELADOR Y ULTRA CONGELADOR Y NO ASI DE AQUELLOS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE NO REQUIEREN MANTENIMIENTO COMO: PINZAS KELLY, TIJERAS, TORUNDOS, ONTENDOR RESISTENTE, HERMÉTICO, TERMOAISLANTE PARA EL TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES, PIPETAS AUTOMÁTICAS, INCUBADORAS, TERMOBLOQUE/BLOQUE TÉRMICO, BAÑO MARIA, BAUMANÓMETRO, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, TERMÓMETRO DIGITAL, RELOJ DE INTERVALOS, CAJAS N/P PARA CONGELADOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
634542	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 19 - ANEXO C TOMA DE MUESTRA	PARA LA PARTIDA 4 DE TOMA DE MUESTRA LA CONVOCANTE SOLICITA AGUJA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE ESTERIL, DESECHABLE Y DE CALIBRE 21 G X 31 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CALIBRE DE 21 G X 32 MM, ESTA CARACTERISTICA CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE CUADRO BASICO PARA TOMA DE MUESTRA. ¿SE ACEPTA?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634543	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	AT	ANEXO 1 SERVICIO INTEGRAL FICHAS TECNICAS ANEXOS 1.2, 1.4, 1.6	INDICAN QUE TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SOPORTEN LO SOLICITADO DEBEN ESTAR COMPLETOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LAS HOJAS REFERENCIADAS DE CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS PARA CADA PUNTO DE LA "DESCRIPCIÓN DEL BIEN" QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA "DESCRIPCIÓN, CON EL FIN DE NO REBASAR LOS MB PERMITIDOS PARA CARGA EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LOS SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA SIN EMBARGO SE HABILITARA UN PARÁMETRO DE "OTROS" PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CARGA
634544	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS EQUIPO A SEROLOGÍA INFECCIOSA	PARA LOS PUNTOS: 1.9 VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 100 MICROLITROS 1.17 DEBE PERMITIR EFECTUAR LA PRUEBA EN NO MÁS DE 100 MICROLITROS DE SUERO O PLASMA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

00000000

000000179



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO EN EL QUE EL VOLUMEN DE MUESTRA SEA ENTRE 2 - 200 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	
634545	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS EQUIPO A SEROLOGÍA INFECCIOSA	PARA LOS PUNTOS: 2.4 DETECCIÓN DE CORE DEL VIRUS B DE LA HEPATITIS 2.4.2 DEBERÁ PRESENTAR SENSIBILIDAD IGUAL AL 100%. DEBE PRESENTAR ESPECIFICIDAD IGUAL O MAYOR AL 99.88% SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR REACTIVO CON ESPECIFICIDAD: 99.86%, SIN QUE ESTA CARACTERÍSTICA AFECTE EL RESULTADO FINAL. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634546	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 EQUIPOS ANALIZADORES VII AFÉRESIS Y RECAMBIO PLASMÁTICO	SOLICITAMOS NOS PERMITA PARA EL PUNTO 1.4 OFERTAR DOS MÁQUINAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS, UNA MÁQUINA DE DONACIÓN PARA PLAQUETAS Y DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO Y OTRA MÁQUINA PARA PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS; RECAMBIO PLASMÁTICO, CELULAS MONONUCLEARES, DEPLECIONES. ¿SE ACEPTA?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634547	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 EQUIPOS ANALIZADORES VII AFÉRESIS Y RECAMBIO PLASMÁTICO	SOLICITAMOS NOS PERMITA PARA EL PUNTO 2.3 OFERTAR UNA MÁQUINA ADICIONAL PARA PROCEDIMIENTO TERAPÉUTICO DE LEUCOAFÉRESIS ¿SE ACEPTA?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634548	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.4 EQ Y MOBILIARIO BÁSICO 13	ANEXO 1.4 EQ Y MOBILIARIO BÁSICO 13 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CENTRIFUGACIÓN Y FRACCIÓNAMIENTO SOLICITAMOS CONFIRME SI LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS SE REFIEREN A EQUIPO O SON DE INSUMOS QUE EMPLEA EL EQUIPO YA QUE LA CANTIDAD SOLICITADA INDICA 2. FAVOR DE PRONUNCIARSE	LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR EL EQUIPO, CON LOS INSUMOS QUE SE SOLICITAN EN FICHA, PARA LO CUAL SE VOLVERÁ A CARGAR EL ANEXO 1.4, PARA CORRECTA REFERENCIA.
634549	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.4 EQ Y MOBILIARIO BÁSICO 14 FRACCIONADOR AUTOMATIZADO	SOLICITAMOS NOS CONFIRME SI LA DESCRIPCIÓN ES CORRECTA YA QUE CONSIDERAMOS NO CORRESPONDEN A FRACCIONADOR AUTOMATIZADO DICHAS DESCRIPCIONES SE AJUSTAN AL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CENTRIFUGACIÓN Y FRACCIÓNAMIENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE	LOS LICITANTES EN DEBERÁN OFERTAR EL EQUIPO QUE SE SOLICITA EN FICHA, PARA LO CUAL SE VOLVERÁ A CARGAR EL ANEXO 1.4, PARA CORRECTA REFERENCIA.
634550	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.4 EQ Y MOBILIARIO BÁSICO. 14 FRACCIONADOR AUTOMATIZADO.	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR 17 FRACCIONADORES AUTOMATIZADOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 QUE PROCESA SANGRE CENTRIFUGADA, 2 CON PrensA ELECTRONICA, 3 CON CABEZALES SELLADORES, 4 COMPATIBLE CON BOLSAS DE SANGRE, CON BALANZAS PARA PESO DE COMPONENTES. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
634551	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 EQUIPOS ANALIZADORES EQUIPO ÁCIDOS NUCLEICOS	EN EL PUNTO 1.12 INDICAN EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN CPU MÍNIMO EN RAM DE 8GB CON ACCESO A INTERNET. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS APOYE AMABLEMENTE EN ACLARAR SI ¿ESTA ESPECIFICACIÓN SE REFIERE AL CPU DEL ENLACE O AL CPU DEL EQUIPO?	SE REFIERE AL CPU DEL ENLACE
634552	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 VI ESPECIFICACIONES DE REACTIVOS 2.3 DETECCIÓN DE VIRUS DE HEPATITIS B	EN EL PUNTO 2.3.1 SOLICITAN DETECCIÓN DE DOS REGIONES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO PARA DETECCIÓN DE GENOTIPOS DEL HBV (A-H Y MUTACIÓN PRE-CORE). ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634553	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	AT	ANEXO 1.4 EQUIPO Y MOBILIARIO BÁSICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR EN CASO DE OFERTAS DOS MARCAS PARA ALGUN EQUIPO BÁSICO, INSTRUMENTAL O MOBILIARIO, SI DENTRO DE LA COLUMNA DEL BIEN OFERTADO SE HARÍAN LAS DOS DESCRIPCIONES O DUPLICAMOS LA FICHA CON LAS ESPECIFICACIONES, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ACEPTA OFERTAR DOS MARCAS ÚNICAMENTE PARA LOS BIENES SOLICITADOS EN EL ANEXO 1.4, SIEMPRE Y CUANDO ESPECIFIQUE LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE ENTREGARÁ POR MARCA OFERTADA, PARA LO CUAL DEBERÁ DUPLICAR LA FICHA Y CARGARLO EN PARÁMETRO CORRESPONDIENTE O EN EL PARÁMETRO DE "OTROS"



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
						MISMO QUE SERA HABILITADO EN LA PLATAFORMA COMPRANET.
634554	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	AT	ANEXO 1.2 VI BOLSAS Y FILTROS 1.2 BOLSA CUADRUPLE Y 1.3 BOLSA TRIPLE	SI SE OFERTAN DOS MARCAS DIFERENTES PARA BOLSA TRIPLE Y CUADRUPLE, SE DEBE DUPLICAR LA FICHA O EN LA MISMA SE PUEDE ANOTAR LA INFORMACIÓN DE AMBAS MARCAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y DEBERÁ REFERENCIAR LAS DOS MARCAS EN LA MISMA FICHA
634555	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MEDICA	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) 1.1.4 EL SISTEMA DEBERÁ DE FUNCIONAR EN WEB PARA VISUALIZAR LAS DONACIONES, RECHAZOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE HAN REALIZADO EN CADA UNO DE LOS BANCOS DE SANGRE, LOS SERVICIOS DE SANGRE CON CAPTACIÓN Y LOS SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN HOSPITALARIOS. SE DEBE EVITAR QUE UN DONANTE DIFERIDO EN UN SERVICIO SEA ACEPTADO EN OTRO. PREGUNTA: EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR EN LA NUBE (WEB), LOCAL O AMBAS OPCIONES? FAVOR DE ACLARAR.	NUBE WEB
634556	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MEDICA	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) 1.2.23 TABLAS DE DONADORES: PREGUNTA: PODRÍA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERRE CUANDO MENCIONA "TABLA E DONADORES"?	LISTA, CUADRO O CATALOGO CON LOS NOMBRES DE LOS DONADORES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA QUE SE MUESTRE GENERAL O DATOS DEMOGRÁFICOS EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
634557	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MEDICA	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) 2.1.5 ARCHIVO DE CANDIDATO / DISPONENTE / PREDONADOR: PREGUNTA: PODRÍA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERRE CUANDO MENCIONA "ARCHIVO"?	CONJUNTO ORDENADO DE RESULTADOS O PARÁMETROS QUE UNA PERSONA PRODUCE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O ACTIVIDADES
634558	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MEDICA	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) 2.2 EL SISTEMA DEBE PERMITIR CREAR Y MANTENER UN ARCHIVO DE PARA ESTE RUBRO, CON EL MANEJO DE ADMISIÓN ÚNICA, LA CUAL DEBE CONTENER MÍNIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: PREGUNTA: PODRÍA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERRE CUANDO MENCIONA "ARCHIVO"?	CONJUNTO ORDENADO DE RESULTADOS O PARÁMETROS QUE UNA PERSONA PRODUCE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O ACTIVIDADES
634559	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MEDICA	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) 2.3.1. EL SISTEMA DEBE PERMITIR CREAR Y MANTENER UN ARCHIVO DE PARA ESTE RUBRO, CON EL MANEJO DE ADMISIÓN ÚNICA, LA CUAL DEBE CONTENER MÍNIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: PREGUNTA: PODRÍA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERRE CUANDO MENCIONA "ARCHIVO"?	CONJUNTO ORDENADO DE RESULTADOS O PARÁMETROS QUE UNA PERSONA PRODUCE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O ACTIVIDADES
634560	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MEDICA	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) 2.3.30 EL SISTEMA DEBERÁ DE PERMITIR LA UBICACIÓN DE DONANTES EN MAPAS PARA DETECTAR DONDE SE CONCENTRAN POR GRUPO SANGUÍNEO Y RH, TIPO DE EXTRACCIÓN Y RANGO DE EDADES. PREGUNTA: PODRÍA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERRE CUANDO MENCIONA "MAPAS O GEOLOCALIZACIÓN" ?	SE REFIERE A DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS DONADORES POR GRUPO SANGUÍNEO Y RH, SANGRE TOTAL O AFÉRESIS PLAQUETARIA Y POR INTERVALOS DE AÑOS
634561	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MEDICA	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) 6.2.2 PREGUNTA: PODRÍA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERRE CUANDO MENCIONA PUNTO DE RE-ORDEN LENTO Y NULO MOVIMIENTO.	EL MATERIAL DEL ALMACÉN, QUE NO HAYA TENIDO MOVIMIENTO EN UN PERÍODO X, SE CONSIDERARÁ MATERIAL DE LENTO Y NULO MOVIMIENTO, POR LO CUAL



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
						SE ASIGNE O ETIQUETE CON OTRA CONNOTACIÓN
634562	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MEDICA	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) 1.2.60 FENOTIPO EXTENDIDO. PREGUNTA: PODRÍA EXPLICAR LA CONVOCANTE ESPECÍFICAMENTE QUE GRUPOS QUIEREN IDENTIFICAR?	SISTEMA Rh
634563	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MEDICA	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO	SOFTWARE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANGRE (SIASS) 10.1.7 CERTIFICADO ISO/IEC 27001:2022 Y/O NMX-I-27001-NYCE-2015. PREGUNTA: SE PIDE AMBAMENTE A LA CONVOCANTE SI ESTE CERTIFICADO PUEDE SER OPCIONAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE EL SOFTWARE SOLICITADO ES EN WEB Y PORQUE ES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
634564	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	AT	ANEXO TECNICO DOCUMENTOS SOLICITADOS APARTADO V ANEXO 1.6 ANEXO B. ANEXO D	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE ACEPTAR PRESENTAR PARA ESTOS NUMERALES ÚNICAMENTE CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO CONSIDERANDO QUE PARA ESTOS PRODUCTOS SON COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO.	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
634565	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	AT	ANEXO TECNICO DOCUMENTOS SOLICITADOS APARTADO V ANEXO 1.6 ANEXO B. ANEXO D	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTOS PRODUCTOS SOLO DE BEBE PRESENTAR REGISTROS SANITARIO O DOF ASI COMO LOS CATALOGOS DE LOS MISMOS	DEBERÁ PRESENTAR REGISTRO SANITARIO O DOF, CERTIFICADOS PARA BIENES DE ORIGEN EXTRAJERA EN CASO DE APLICAR Y LOS CATALOGOS O DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS.
634566	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	AT	ANEXO TECNICO NUMERAL 9 CERTIFICACIONES	SOLICITAMOS AL CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS PARA MOBILIARIO, INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS UNA VEZ ADJUDICADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
634567	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 INMUNOHEMATOLOGÍA A	SOLICITAMOS SE ACEPTE EQUIPO CON RENDIMIENTO DE 200 PRUEBAS POR HORA, CONSIDERANDO QUE ESTO NO AFECTA LA OPERATIVIDAD Y ES LA CAPACIDAD CON LA QUE CUENTAN ACTUALMENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634568	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 INMUNOHEMATOLOGÍA A, B Y C	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA DE CASETE DE MICROESFERAS DE VIDRIO O TARJETA DE GEL ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
634569	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 INMUNOHEMATOLOGÍA ESPECIFICACIONES DE REACTIVOS 2.1.1, 2.3.1,	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CASETE DE PERLAS DE VIDRIO ABODD CASETE (ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI D, CONTROL) CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON LA PRUEBA SOLICITADA Y NO ES AFECTADA LA CALIDAD DEL RESULTADO CONSIDERANDO QUE LA SOLICITADA PERTENECE A UNA CASA COMERCIAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634570	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1.2 INMUNOHEMATOLOGÍA ESPECIFICACIONES DE REACTIVOS 2.6.1 AL 2.6.5	CONSIDERANDO QUE ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES SON EXCLUSIVAS DE UNA CASA COMERCIAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO(S) EQUIVALENTES O SUPERIORES A LOS SOLICITADOS QUE AYUDEN A PROCESAR LAS PRUEBAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634571	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGÍA	CON RELACIÓN AL NUMERAL 2.1.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CASETES CON ANTICUERPOS IGM PARA LA DETERMINACIÓN DE RH YA QUE CON ESTO CUMPLIMOS CON LO ESPECIFICADO EN LA NOM 253 PARA BANCOS DE SANGRE, EN CASO DE REQUERIR ANTICUERPOS DE TIPO IGG SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA REALIZARLO OFERTAR ANTISUERO PARA MÉTODO MANUAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634572	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MEDICA	REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGÍA	CON RELACIÓN AL NUMERAL 2.1.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CASETES PARA PRUEBA DE COOMBS DIRECTO E INDIRECTO ANTI IGG, -C3D, QUE PERMITE AGLUTINAR-DETECTAR	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

00000182



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA. NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					HEMATIES SENSIBILIZADOS CON IGM. ¿SE ACEPTA?	
634573	BIODIST S.A. DE C.V.	OTROS	AT	DOCUMENTACIÓN DE INSTRUMENTAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR LA CARTA DE APOYO PARA EL EQUIPO INSTRUMENTAL COMO SON BALANZA MECÁNICA DE 2 PLATOS, PIPETAS AUTOMATIZADAS, PINZAS DE RODILLOS, TIJERAS, PINZAS KELLY, VASOS DE PRECIPITADOS, GRADILLA DE ALAMBRE, SILLA PARA TOMA, BANCO METÁLICO, TORUNDERO DE ACERO INOX, CONSIDERANDO QUE ESTE EQUIPAMIENTO ES REQUERIDO CON DIVERSOS PROVEEDORES TODO ESTO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.4 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO, INSTRUMENTAL Y MOVIILIARIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LOS SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
634574	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	AT	ANEXO 1 FICHAS TECNICAS ELECTRONICAS (ANEXOS 1.2, 1.4, 1.6)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS PUNTOS NO REFERENCIABLES EN CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA "DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO", PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DAR CUMPLIMIENTO CON DICHS PUNTOS, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR ÚNICAMENTE UN PUNTO POR EQUIPO CON UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
634594	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	AFÉRESIS Y RECAMBIO PLASMÁTICO	DADO QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINE EL REQUISITO PARA LOS EQUIPOS DE AFÉRESIS DE REALIZACIÓN DE RECAMBIO PLASMÁTICO ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
634595	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	AT	LIBRETA DE INGRESOS Y EGRESOS	DEBIDO A QUE LAS LIBRETAS DE INGRESOS Y EGRESOS DEBEN SER REALIZADAS EN LAS CONDICIONES QUE SE CONTEMPLAN BAJO EL SEGUNDO PÁRRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS SEAN AJUSTADAS PARA CAER EN ESTE SUPUESTO, ADICIONALMENTE SE SOLICITA QUE FORME PARTE DE LA CONVOCATORIA EL TIPO, FORMATO Y CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁN CUBRIR ESTAS LIBRETAS. POR ÚLTIMO, SE ESTABLECE QUE AL TRATARSE DE BIENES DE FABRICACIÓN EXCLUSIVA SE OMITA LA PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN REGULATORIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA ÚNICAMENTE PARA ESTE INSUMO, SIEMPRE Y CUANDO COLOQUE LA LEYENDA DE "ME COMPROMETO A ENTREGAR SI SOY ADJUDICADO", EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS"
634596	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	REACTIVOS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA LA OFERTA DE REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE AGENTES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN CON LOS PARÁMETROS DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD QUE SE INDICAN EN LA NOM-253-SSA1-2012 ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634597	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	III. ACIDOS NUCLEICOS	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO SOLICITADO DEBERÁ REALIZAR TODAS LAS ACCIONES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN, AMPLIFICACIÓN, DETECCIÓN E INACTIVACIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS DENTRO DE UNA SOLA PLATAFORMA ANALÍTICA AUTOCONTENIDA SIN QUE SEA NECESARIO QUE EL USUARIO REALICE LABORES DE TRASVASE, TRANSPORTE O PIPETEO ENTRE RECIPIENTES Y EQUIPOS PARA REALIZAR LAS REACCIONES?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634598	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	III. ACIDOS NUCLEICOS	¿DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTA PRUEBA SE REALIZARÁ EL TAMIZAJE DE DONANTES DE FORMA INDIVIDUAL SIN MEZCLAR LAS MUESTRAS DE DONANTES ANTES DE SU ANÁLISIS?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
634599	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	2.1.5 LA PRESENTACIÓN DEL ESTUCHE DEBE SER DE 100 PRUEBAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN REACTIVO CON PRESENTACIÓN DE 300 PRUEBAS, CONSIDERANDO QUE CUENTAN CON UNA ESTABILIDAD A BORDO DE HASTA 4 MESES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES

581000000

00000183



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
634600	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	2.2.1 SOLICITAN ANTIGENOS ESPECIFICOS DEL VHC	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR UNA PRUEBA DE TERCERA GENERACIÓN QUE EMPLEA PEPTIDOS Y PROTEÍNAS RECOMBINANTES QUE REPRESENTAN EL NÚCLEO DE HCV, QUE EMPLEA PEPTIDOS Y ANTIGENOS DE LAS REGIONES NS3 Y NS4 PARA DETERMINAR LOS ANTICUERPOS ANTI-HCV. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634601	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	2.2.4 PRESENTACIÓN DEL ESTUCHE DEBE SER DE 100 PRUEBAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN REACTIVO CON PRESENTACIÓN DE 300 PRUEBAS, CONSIDERANDO QUE CUENTAN CON UNA ESTABILIDAD A BORDO DE HASTA 4 MESES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634602	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	2.3.4 LA PRESENTACIÓN DEL ESTUCHE DEBE SER DE 100 PRUEBAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN REACTIVO CON PRESENTACIÓN DE 300 PRUEBAS, CONSIDERANDO QUE CUENTAN CON UNA ESTABILIDAD A BORDO DE HASTA 4 MESES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634603	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	2.4.4 LA PRESENTACIÓN DEL ESTUCHE DEBE SER DE 100 PRUEBAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN REACTIVO CON PRESENTACIÓN DE 300 PRUEBAS, CONSIDERANDO QUE CUENTAN CON UNA ESTABILIDAD A BORDO DE HASTA 4 MESES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634604	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	2.5.4. LA PRESENTACIÓN DEL ESTUCHE DEBE SER DE 100 PRUEBAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN REACTIVO CON PRESENTACIÓN DE 300 PRUEBAS, CONSIDERANDO QUE CUENTAN CON UNA ESTABILIDAD A BORDO DE HASTA 4 MESES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634605	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	2.10 ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE LA HEPATITIS A IGG	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA PRUEBA DE ANTI-HAV PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE LOS ANTICUERPOS TOTALES (IGG E IGM) CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS A (VHA). LA PRUEBA SE UTILIZA COMO AYUDA A LA DETECCIÓN DE UNA INFECCIÓN AGUDA O PASADA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS A. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
634606	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DRMAS	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION, NUMERAL 9	EN CASO DE QUE ESTE DOCUMENTO NO APLIQUE A MI REPRESENTADA, SE PODRA INCLUIR EL FORMATO SOLICITADO CON LA LEGENDA COMO "MARCA DE AGUA, QUE ASI LO INDIQUE", SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION; FAVOR DE ACLARAR?	LA CONVOCANTE RESPONDE; SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO COINCIDA LA INFORMACIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE REFIERA EL 32-D EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE TIENE AFILIADOS A ESTE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL.
634607	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	DRMAS	ANEXO 1, NUMERAL 6 MUESTRAS	SOLICITAN MUESTRA FISICA UTIL DEL SISTEMA INFORMATICO; FAVOR DE VERIFICAR Y ACLARAR, YA QUE ESTA PETICION SE CONTRAPONA CON EL NUMERAL 2.5 DE LAS BASES DONDE SE INDICA QUE LA EVALUACION Y ENTREGA DE MUESTRAS NO APLICAN PARA ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO.	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE AL RESPECTO SE HIZO LA PRESIÓN NÚMERO 1 EN DONDE SEÑALA LA FECHA, LUGAR Y HORARIO DE LA ENTREGA DE MUESTRAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
634608	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1, DOCUMENTACION TECNICA, PUNTO 9 CERTIFICACIONES	SOLICITAN COPIA SIMPLE LEGIBEL DEL CERTIFICADO ISO/IEC 27001:2022 Y/O NMX-I-27001-NYCE-2015, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA CERTIFICACION A PRESENTAR CORRESPONDE A LA QUE NOS PROPORCIONE EL PROVEEDOR DEL SISTEMA INFORMATICO A OFERTAR, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
634609	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1, NUMERAL 10 OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL	EN EL PUNTO NUMERO OCHO SE INDICA QUE LA SEDESA PODRA AGREGAR PRUEBAS Y EN SU CASO EL EQUIPO NECESARIO PARA SU PROCESAMIENTO, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI SE REFIERE A INCREMENTAR EL NUMERO DE PRUEBAS Y/O EQUIPO NECESARIO DE ACUERDO AL PANEL DE PRUEBAS YA SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES. ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
634610	GENESIS HEALTHCARE	TÉCNICO	MEDICA	ANEXO 1, NUMERAL 10 OBLIGACIONES DEL	EN CASO DE UNA RESPUESTA NEGATIVA A MI PREGUNTA ANTERIOR Y SE REFIERAN A UNA "AMPLIACIÓN" DEL PANEL DE	LA PREGUNTA ANTERIOR FUE POSITIVA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	CATERIA DMTI	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ADVISERS SA DE CV			SERVICIO INTEGRAL	PRUEBAS A REQUERIDAS, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL SERIA EL MECANISMO A SEGUIR PARA SU IMPLEMENTACION Y COBRO?	
634611	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	AT	ANEXO 1 Y LISTADO DE ANEXOS TECNICOS.	EN RELACIÓN A LA LISTA DE LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA INDICADOS EN EL ANEXO TECNICO 1, SE SEÑALA LO SIGUIENTE: COMO ESTA CONVOCANTE APRECIARÁ, SE SOLICITA EL LLENADO DE UNA SERIE DE ANEXOS. ENTENDIENDO QUE TAL SOLICITUD TIENE COMO FINALIDAD FACILITAR LA REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE PARTE DE LA CONVOCANTE Y TODA VEZ QUE EL LLENADO Y LA PRESENTACIÓN EN NADA ALTERAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y BIENES OFERTADOS, POR LO QUE EN ESTRICTO SENTIDO SU FALTA NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, ADICIONAL A QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP SE TIENE QUE: "LAS CONDICIONES QUE TENGAN COMO PROPÓSITO FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO CUYO INCUMPLIMIENTO, POR SI MISMO, O DEFICIENCIA EN SU CONTENIDO NO AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN, Y SE TENDRÁN POR NO ESTABLECIDAS. LA INOBSERVANCIA POR PARTE DE LOS LICITANTES RESPECTO A DICHAS CONDICIONES O REQUISITOS NO SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR SUS PROPOSICIONES." SOLICITAMOS PRECISAR, EN ESTRICTO APEGO A LEY, QUE TALES FORMATOS TIENEN EXCLUSIVAMENTE LA FINALIDAD DE FACILITAR LA REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES, POR LO QUE SU FALTA EN NADA AFECTA LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, NI LA OBLIGACIÓN DE LA CONVOCANTE DE EFECTUAR LA REVISIÓN TOTAL DE LA OFERTA Y DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LA MISMA CON INDEPENDENCIA DE SU UBICACIÓN, ESTO ÚLTIMO EN ESTRICTO APEGO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP. EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EMITIR RESPUESTA CLARA Y PRECISA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, FUNDANDO Y JUSTIFICANDO LA MISMA SEGÚN LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE.	LOS ANEXOS SOLICITADOS NO SON PARA FACILITAR LA REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SINO PARA VERIFICAR LA SEGURIDAD, CALIDAD, EFICACIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE BANCO DE SANGRE DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS ASÍ COMO LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y EXPERIENCIA DE LOS LICITANTES. LO CUAL GARANTIZARÁ QUE EL SERVICIO PROPORCIONADO PROVEERÁ SANGRE SEGURA A LA POBLACIÓN CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS.
634720	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	MEDICA	FICHAS ANEXO 1.2 DMTI 085. 2024 SI BANCO DE SANGRE FINAL 130824. I. SEROLOGIA INF	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE EFICIENTAR EL PROCESO NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LARGO 212CM, PROFUNDIDAD 89CM Y ALTURA 164CM ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE CUENTAN CON UN PLAZO DE **06 HORAS COMO MÍNIMO** A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET DEL DÍA **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, PARA FORMULAR Y REMITIR POR COMPRANET, LAS REPREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS, A LAS CUALES SE DARÁ CONTESTACIÓN A LAS EL DÍA **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, EN ESTA MISMA SALA UBICADA EN EL PISO 8 DE LA TORRE INSIGNIA PARA LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS Y DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET PARA LOS LICITANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



INTERESADOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA CITADA AL RUBRO.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX](https://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX).

ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN HORA POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONVOCANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EN EL PISO 8 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NUMERO 423, COL. NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE O PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO COMO OBSERVADOR.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 13:35 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA SECRETARÍA, QUIENES RECIBIRÁN COPIA DE LA PRESENTE ACTA POR CORREO ELECTRÓNICO.

POR LA SECRETARIA DE SALUD

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	C.F. ANTONIO JUÁREZ GONZÁLEZ REPRESENTANTE	

000000186



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2023,
RELATIVA A LA "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE".



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING. REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JEFA DE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. DANIELA GÓMEZ GONZÁLEZ REPRESENTANTE	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMSS-BIENESTAR	DR. DANIEL GILBERTO CARRILLO URIBE REPRESENTANTE	
CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	C. LUIS FRANCISCO BARRERA HERNÁNDEZ CONTRALOR CIUDADANO DESIGNADO	NO ASISTIÓ

FIN DEL ACTA

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-9-2024, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE
SANGRE".

00000187

28106000