



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES; SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE REANUDAR LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO), ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

- I. ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, ASISTIDO POR EL C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE.
- II. A CONTINUACIÓN, SE AGREGA LA IMAGEN DE LA CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO.", DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS, TERMINO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PREVIO AL PRESENTE ACTO DONDE SE OBSERVÓ LOS LICITANTES QUE DEMOSTRARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR QUE EN EL SIGUIENTE NUMERAL SE MENCIONAN:

Procedimiento LA-68-017-909007975-T-7-2024								
Código del expediente	Número de procedimiento de contratación	Estatus del procedimiento de contratación						
E-2024-00179546	LA-68-017-909007975-T-7-2024	VIGENTE JA						
Código interno del procedimiento	Nombre del procedimiento de contratación							
P-2024-0076424	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
Licitantes que han presentado proposición:								
0								
<p><b>Juntas de Aclaraciones del Procedimiento</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Junta aclaraciones</th> <th>Fecha y hora de junta de aclaraciones*</th> <th>Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compranet*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30/07/2024 10:00</td> <td>29/07/2024 10:00</td> </tr> </tbody> </table>			Junta aclaraciones	Fecha y hora de junta de aclaraciones*	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compranet*	1	30/07/2024 10:00	29/07/2024 10:00
Junta aclaraciones	Fecha y hora de junta de aclaraciones*	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compranet*						
1	30/07/2024 10:00	29/07/2024 10:00						
Empresas que han manifestado interés en participar								

00000135

Q. BUSCAR



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



11:09 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO Operador de unidad compradora

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Respuestas
1	ABSTEL SA DE CV	17/07/2024 15:12	19/07/2024 11:29			
2	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	23/07/2024 09:34	23/07/2024 09:35			
3	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	24/07/2024 11:14				
4	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	18/07/2024 17:32	18/07/2024 17:33			
5	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	17/07/2024 11:08	17/07/2024 11:08			
6	AMPHARMA SA DE CV	18/07/2024 12:48				
7	ANSO MEDICAL SA DE CV	28/07/2024 09:29	28/07/2024 13:35			
8	ATRYA PLAST SA DE CV	22/07/2024 11:57				
9	ATYDE MEXICO SA DE CV	17/07/2024 17:40				
10	AUG SA DE CV	16/07/2024 13:15	16/07/2024 13:52			

« < 1 2 3 4 5 > » 10

[← Regresar](#) [Solicitudes de aclaración](#)

11:09 a.m. 28/07/2024

11:09 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO Operador de unidad compradora

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Respuestas
11	B.C. ADICIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	26/07/2024 10:45	26/07/2024 10:46			
12	BIOVIST SA DE CV	17/07/2024 15:36	17/07/2024 10:20			
13	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV	25/07/2024 15:00	26/07/2024 16:01			
14	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	17/07/2024 10:12				
15	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	18/07/2024 11:50	18/07/2024 12:00			
16	COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN FRACCIONAMIENTO SA DE CV	24/07/2024 11:01				
17	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	17/07/2024 10:05	17/07/2024 10:07			
18	CONDUIT LIFE SA DE CV	17/07/2024 16:04	17/07/2024 16:05			
19	CORPORATIVO LA FRONTERA DE TI SA DE CV	17/07/2024 15:54	25/07/2024 13:32			
20	CORPORATIVO O2 RESPIRANDO S DE RL DE CV	17/07/2024 17:59				

« < 1 2 3 4 5 > » 10

[← Regresar](#) [Solicitudes de aclaración](#)

00000136



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL TRABAJO

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES; SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE REANUDAR LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO), ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

- I. ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, ASISTIDO POR EL C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE.
- II. A CONTINUACIÓN, SE AGREGA LA IMAGEN DE LA CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO.", DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS, TERMINO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PREVIO AL PRESENTE ACTO DONDE SE OBSERVÓ LOS LICITANTES QUE DEMOSTRARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR QUE EN EL SIGUIENTE NUMERAL SE MENCIONA:

Compranet - Búsqueda | Compranet | Compranet | x +

http://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/compranet/#/procedimientos/detalle-1p1055b2c10-e563-4445-8635-6d59153ba213

Plataforma Compranet

TU09 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de unidad de computadora

Compranet

Expediente

Procedimiento

Datos Relevantes de Contratos

Consolidaciones

Registro Empresarial de Compranet

Proveedores Impedidos y sancionados

Avisos y notificaciones

Panel

Ayuda

ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de unidad de computadora

00100000

Empresas que han manifestado interés en participar

00000137

Q BUSCAR



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ComprasNet - Búsqueda

https://app-comprasnet.hacienda.gob.mx/comprasnet/proc/declaracion/detalle-tp/a55b2c18-e563-4445-8555-f455f155d0-83

11:09 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de Unidad ComprasNet

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ABSTEL SA DE CV	17/07/2024 16:12	19/07/2024 11:29			
2	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	23/07/2024 09:34	23/07/2024 09:35			
3	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	24/07/2024 11:34				
4	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	18/07/2024 17:12	18/07/2024 17:13			
5	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	17/07/2024 11:08	17/07/2024 11:08			
6	AMPHARMA SA DE CV	18/07/2024 12:48				
7	ANCO MEDICAL SA DE CV	28/07/2024 09:29	28/07/2024 13:35			
8	ATRYA PLAST SA DE CV	22/07/2024 11:57				
9	ATYDE MEXICO SA DE CV	17/07/2024 17:40				
10	AUG SA DE CV	18/07/2024 13:15	18/07/2024 13:52			

Regresar Solicitudes de aclaración

ComprasNet - Búsqueda

https://app-comprasnet.hacienda.gob.mx/comprasnet/proc/declaracion/detalle-tp/a55b2c18-e563-4445-8555-f455f155d0-83

11:10 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de Unidad ComprasNet

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
11	BC APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	26/07/2024 16:45	26/07/2024 16:46			
12	BIOHIST S.A. DE CV.	17/07/2024 10:36	17/07/2024 16:20			
13	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV	26/07/2024 16:00	26/07/2024 16:01			
14	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	17/07/2024 10:12				
15	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	18/07/2024 11:58	18/07/2024 12:00			
16	COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN FICCION LUBRISIL SA DE CV	24/07/2024 11:01				
17	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	17/07/2024 16:06	17/07/2024 16:07			
18	CONDUIT LIFE SA DE CV	17/07/2024 14:04	17/07/2024 14:05			
19	CORPORATIVO LA FRONTERA DE TL SA DE CV	17/07/2024 15:54	23/07/2024 13:32			
20	CORPORATIVO O2 RESPIRANDO S DE RL DE CV	17/07/2024 17:59				

Regresar Solicitudes de aclaración

00000138



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



Comprasnet - Búsqueda

http://upcp-comprasnet.hacienda.gob.mx/comprasnet/procadmon/interfazDetalle.jsp?as58210+652-4445-8655-86551515chc03

11:10 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO Operador de unidad compradora

Exportar listado

Num.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Regrepuntas
21	COOPERATIVO PROVEEDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO SA	19/07/2024 10:20				
22	DEWI MED SA	23/07/2024 13:04	23/07/2024 13:04			
23	DINSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	17/07/2024 10:20	26/07/2024 16:33			
24	DISEÑOS POR TU SALUD EN MEDICINA SA DE CV	19/07/2024 12:29				
25	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	28/07/2024 09:45				
26	DW-MED SA DE CV	22/07/2024 16:36				
27	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	17/07/2024 14:20	17/07/2024 14:21			
28	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	17/07/2024 10:34	17/07/2024 10:43			
29	EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES BIOMEDICAS 2 DE RL DE CV	16/07/2024 22:38				
30	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	20/07/2024 13:55				

« < 1 2 3 4 5 > » 10

← Regresar Solicitudes de aclaración

Comprasnet - Búsqueda

http://upcp-comprasnet.hacienda.gob.mx/comprasnet/procadmon/interfazDetalle.jsp?as58210+652-4445-8655-86551515chc03

11:11 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO Operador de unidad compradora

Exportar listado

Num.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Regrepuntas
31	EYM SOLUTIONS SA DE CV	23/07/2024 09:30				
32	FARMACENTER SA DE CV	25/07/2024 19:15				
33	FEHLMEX SA DE CV	18/07/2024 09:49	18/07/2024 09:50			
34	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	18/07/2024 09:31				
35	GERD YERIK SA DE CV	19/07/2024 12:31	22/07/2024 17:29			
36	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	17/07/2024 10:44	17/07/2024 10:45			
37	GRUPO INDOMAS A P I DE CV	17/07/2024 12:53				
38	HITEC MEDICAL SA DE CV	17/07/2024 14:37	17/07/2024 14:58			
39	HWR SOLUTIONS SA DE CV	17/07/2024 16:07				
40	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	17/07/2024 11:01	17/07/2024 11:03			

« < 2 3 4 5 6 > » 10

← Regresar Solicitudes de aclaración

00900139



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
REINVENTO DEL POLÍTIPO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAÍZ

1112 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México

ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de Unidad Compras

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
41	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	22/07/2024 11:31	22/07/2024 11:35		↓	
42	INELBIO SA DE CV	23/07/2024 08:59	23/07/2024 09:00		↓	
43	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MEX SA DE CV	26/07/2024 10:47	26/07/2024 10:48		↓	
44	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	17/07/2024 21:34	17/07/2024 21:35		↓	
45	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORES SA DE CV	18/07/2024 14:05	18/07/2024 14:05		↓	
46	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	17/07/2024 18:18	17/07/2024 18:29			
47	JRL SUPPLIERS S DE RL DE CV	17/07/2024 08:57	17/07/2024 08:59			
48	JUMMA SA DE CV	26/07/2024 09:46				
49	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	22/07/2024 17:05	23/07/2024 11:05		↓	
50	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	17/07/2024 08:37	18/07/2024 09:35			

← Regresar Solicitudes de aclaración

9

1113 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México

ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de Unidad Compras

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
51	LAOZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	17/07/2024 08:04	17/07/2024 08:06		↓	
52	MAINEQ DE MEXICO SA DE CV	18/07/2024 09:29	18/07/2024 10:11			
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	26/07/2024 12:04	26/07/2024 12:05		↓	
54	MARIA GUADALUPE LANDAVERDE VILLACIAN	28/07/2024 09:51	28/07/2024 09:51			
55	MED RENT SA DE CV	19/07/2024 09:38	22/07/2024 14:39			
56	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	22/07/2024 12:31	22/07/2024 13:15			
57	MEDICAL DIMECAR SA DE CV	23/07/2024 09:57	23/07/2024 09:58			
58	MEDICAL EQUIPMENT AND DISPOSABLES DE MEXICO SA DE CV	26/07/2024 12:01	26/07/2024 12:24			
59	MEDIGARC SAS DE CV	24/07/2024 18:51				
60	MEDIXA SA DE CV	28/07/2024 14:49	28/07/2024 14:50			

← Regresar Solicitudes de aclaración

11

100000

00000140



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



1133 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO Operador de Unidad Computadora

Exportar listado

Num.	Remitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
61	MEGAMED SA DE CV	17/07/2024 16:52	17/07/2024 16:53			
62	HEMEDICA HOMECARE SA DE CV	19/07/2024 07:31	19/07/2024 09:07			
63	PROMEDES SA DE CV	18/07/2024 12:32				
64	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	17/07/2024 13:16	17/07/2024 13:16			
65	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	20/07/2024 12:07				
66	PIVASAPINTOCOM SA DE CV	18/07/2024 12:46				
67	SANTEK HEALTH SA DE CV	21/07/2024 14:07	21/07/2024 14:08			
68	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	17/07/2024 11:42	17/07/2024 11:42			
69	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	19/07/2024 11:08	19/07/2024 11:58			
70	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIONTANOS SA DE CV	25/07/2024 14:28	25/07/2024 14:31			

Progresar Solicitudes de aclaración

V

1133 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO Operador de Unidad Computadora

Empresas que han manifestado interés en participar

Exportar listado

Num.	Remitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
71	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	17/07/2024 09:32				
72	TECNOMEDICOS SA DE CV	17/07/2024 13:16				
73	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	17/07/2024 11:59	17/07/2024 12:00			
74	ULANA CONSORCIO S A P I DE CV	18/07/2024 08:46	18/07/2024 08:48			
75	VE+S.A.P.I. DE CV	17/07/2024 11:24	17/07/2024 11:27			
76	WACHUMA S DE RL DE CV	18/07/2024 14:05				
77	XIG ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	17/07/2024 15:07	18/07/2024 09:24			

Progresar Solicitudes de aclaración

HACIENDA © 2023 | 0.0.0.0 Año de privacidad Términos y condiciones

G

00000141

000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



III.- ACTO SEGUIDO, SE HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS ESCRITOS DE INTERÉS EN PARTICIPAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	ESCRITO DE INTERÉS	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	No. DE PREGUNTAS
1	ABSTEL, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
2	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
3	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
4	ADVANCED STERILIZATION, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
5	AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
6	AMPHARMA, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
7	ANGO MEDICAL, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
8	ASESORES EN TÉCNOLOGÍA BIOMEDICA S. DE RL. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
9	ATRYA PLAST, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
10	ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
11	AUG, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
12	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
13	BIODIST S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
14	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
15	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
16	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
17	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS Y HOSPI	CompraNet	SI	NO	
18	COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN FRICCION LUBRYSERT, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	1,131
19	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
20	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
21	CORPORATIVO LA FRONTERA, DE TJ. S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
22	CORPORATIVO O2 RESPIRANDO, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
23	CORPORATIVO PROVEEDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, S.A.	CompraNet	NO	NO	
24	DEWIMED, S.A.	CompraNet	SI	NO	
25	DIMSA INTERPRETACION MEDICA, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
26	DISEÑOS POR TU SALUD EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
27	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
28	DW-MED, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
29	ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	CompraNet	SI	SI	
30	EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
31	EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES BIOMEDICAS, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	

00000142



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	ESCRITO DE INTERÉS	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	No. DE PREGUNTAS
32	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
33	EYM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
34	FARMACENTER, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
35	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
36	FUJIFILM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
37	GERD YERIK, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
38	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
39	GRUPO INSOMA, S.A.P.I. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
40	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
41	HWR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
42	MPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
43	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
44	INELBIO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
45	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
46	INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
47	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
48	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
49	JRL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
50	JUAMA, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
51	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
52	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
53	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
54	MAINEQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
55	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
56	MARIA GUADALUPE LANDAVERDE VILLAGRAN	CompraNet	SI	NO	
57	MED RENT, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
58	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
59	MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
60	MEDICAL EQUIPMENT AND DISPOSABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
61	MEDIGARC SAS, DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
62	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
63	MEGAMED, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
64	NEUMEDICA HOMECARE, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
65	NURIMED S.A DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
66	PROMEDES, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
67	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
68	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
69	RIVASAPUNTOCOM, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
70	SANTEK HEALTH, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
71	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
72	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
73	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL S.A DE C.V.	CompraNet	NO	NO	

00000000

00000143



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007976-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	ESCRITO DE INTERÉS	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	No. DE PREGUNTAS
74	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIOMONTANOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
75	TAQ SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
76	TECNOMEDICS, S.A. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
77	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
78	ULANA CONSORCIO, S.A.P.I. DE C.V.	CompraNet	SI	NO	
79	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	
80	WACHUMA, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	NO	NO	
81	XRG ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.	CompraNet	SI	SI	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE ADJUNTAN LOS ACUSES DE ENVIÓ DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET DE LAS EMPRESAS QUE HASTA ESTE ACTO HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR, ASÍ COMO LOS MANIFIESTOS DE INTERÉS COMO ANEXO 1.

IV. LA CONVOCANTE PRECISA QUE LA FECHA PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS SE REPROGRAMA PARA EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO :

V. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 Y 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO, SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA; ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL ÁREA CONTRATANTE Y LAS DE CARÁCTER TÉCNICO POR EL ÁREA TÉCNICA ASISTIDA POR EL ÁREA REQUIRENTE: ---

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
612214	LABZ DISTRIBUIDOR A MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 54	531.254.0155 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA. NUMERAL 2.1. INYECTOR DUAL PARA MEDIOS DE CONTRASTE PARA APLICACIONES CARDÍACAS.  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO INYECTOR QUE NO REQUIERA JERINGAS PARA SU USO, CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS: INYECTOR DUAL CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS, CON MANTENEDOR DE CALOR DE MEDIO DE CONTRASTE INTEGRADO, CAPACIDAD DE HASTA 2 MEDIOS DE CONTRASTE DE 500 ML Y SOLUCIÓN SALINA DE 2000 ML MÁX.  LO ANTERIOR REPRESENTA INNOVACION TECNOLÓGICA, MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE Y MENOR MERMA EN EL USO DE MEDIOS DE CONTRASTE.  ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
612215	LABZ DISTRIBUIDOR A MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 54	531.254.0155 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA. NUMERAL 3.1. 30 JUEGOS DE DOS JERINGAS PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE.  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS PERMITA ENTREGAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE:  -MANGUERA DE BOMBA QUE PUEDE UTILIZARSE DURANTE 24 HORAS PARA UN NÚMERO ILIMITADO DE INYECCIONES. CLAVE 379.903.4461.00.01 DESCRIPCIÓN: TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, DOS SON PARA LOS CONTRASTES Y UNO ES PARA LA SOLUCIÓN SALINA, INTEGRADO CON UNA UNIDAD DE DETECTOR DE PRESION Y UNA UNIDAD DE FILTRO DE PARTICULAS DESECHABLE, ESTERIL.  -MANGUERAS DE PACIENTE, DEBE CAMBIARSE PARA CADA NUEVO PACIENTE. CLAVE 379.903.4396.00.02 DESCRIPCIÓN: TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS ANTI-REFLUJO, PARA INYECCIONES DE MEDIOS DE CONTRASTE, MANGUERA DESECHABLE Y ESTERIL  ¿SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIA A OTROS PARTICIPANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
612216	LABZ DISTRIBUIDOR A MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 55	531.341.0481 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO. NUMERAL 2.2. INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE DE AL MENOS UN CABEZAL.  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

MANEJO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>INYECTOR QUE NO REQUIERA JERINGAS PARA SU USO, CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS: INYECTOR DUAL CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS, CON MANTENEDOR DE CALOR DE MEDIO DE CONTRASTE INTEGRADO, CAPACIDAD DE HASTA 2 MEDIOS DE CONTRASTE DE 500 ML Y SOLUCIÓN SALINA DE 2000 ML MÁX.</p> <p>LO ANTERIOR REPRESENTA INNOVACION TECNOLOGICA, MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE Y MENOR MERMA EN EL USO DE MEDIOS DE CONTRASTE.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
612217	LABZ DISTRIBUIDOR A MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2, PARTIDA 55	<p>531.341.0481 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO. NUMERAL 3.1. 50 JERINGAS PARA INYECTOR COMPATIBLE CON EL OFERTADO.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS PERMITA ENTREGAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE:</p> <p>-MANGUERA DE BOMBA QUE PUEDE UTILIZARSE DURANTE 24 HORAS PARA UN NÚMERO ILIMITADO DE INYECCIONES. CLAVE 379.903.4461.00.01 DESCRIPCIÓN: TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, DOS SON PARA LOS CONTRASTES Y UNO ES PARA LA SOLUCIÓN SALINA, INTEGRADO CON UNA UNIDAD DE DETECTOR DE PRESION Y UNA UNIDAD DE FILTRO DE PARTICULAS DESECHABLE, ESTERIL.</p> <p>-MANGUERAS DE PACIENTE, DEBE CAMBIARSE PARA CADA NUEVO PACIENTE. CLAVE 379.903.4396.00.02 DESCRIPCIÓN: TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS ANTI-REFLUJO, PARA INYECCIONES DE MEDIOS DE CONTRASTE, MANGUERA DESECHABLE Y ESTERIL.</p> <p>¿SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIA A OTROS PARTICIPANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
612218	LABZ DISTRIBUIDOR A MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, NUMERAL 6.3.1.1.2	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO NOS PERMITA ENTREGAR REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRORROGA Y SU CONSTANCIA DE PRORROGA (COFEPRIS-2022-022-006 A, SOLICITUD DE SEGUNDA PRORROGA Y SUBSECUENTES).</p> <p>¿SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIA A OTROS PARTICIPANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE ADEMÁS EL COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS.
614662	XRG ESPECIALIDAD ES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO; PUNTO 6.22.- TECNNOVIGILANCIA PÁGINA 17	<p>ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. PREGUNTA: DEBIDO QUE EL RESPONSABLE DE LA TECNNOVIGILANCIA ES EL DUEÑO DEL REGISTRO SANITARIO ENTENDEMOS QUE SE DEBE DE ENTREGAR ESTE DOCUMENTO DE LA FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO COMO DUEÑO DEL MISMO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, EL ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNNOVIGILANCIA DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE Y SER EMITIDA POR COFEPRIS
614663	XRG ESPECIALIDAD ES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL, ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, PUNTO 1.2.4	<p>ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180 Y -180° O MAYOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180° Y -135°, ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
614664	XRG ESPECIALIDAD ES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL, ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, PUNTO 1.3.4	<p>TAMAÑO DE 35 CM. X 43 CM. (14" X 17") CON AL MENOS 300 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITAN OFERTAR 170 KG DE CAPACIDAD DE CARGA O USO DE CUBIERTA DE SOPORTE DE PESO HASTA 300 KG, ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
614665	XRG ESPECIALIDAD ES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL, ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA, PUNTO 1.7	<p>PESO DE 440 KG. O MENOR, , PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN PESO DE 560 KG, ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
614717	XRG ESPECIALIDAD ES MEDICAS SA DE CV	ECONÓMICO	CONVOCATORIA PUNTO 6.3.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA PÁGINA 40.	<p>ANEXO 14 PROPUESTA ECONÓMICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITAN SOLO DEJAR DEL ANEXO LOS RENGLONES DE LAS PARTIDAS QUE SE OFERTEN, SE ACEPTA?</p>	LA CONVOCANTE. RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, LOS LICITANTES PODRÁN INCLUIR ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPEN.
614718	XRG ESPECIALIDAD ES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO; PUNTO 6.14.- EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS	<p>INCISO C). DOCUMENTO DEBIDAMENTE MEMBRETADO DE POR LO MENOS UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA. PREGUNTA: PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL INCISO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR ORDENES DE SERVICIO FIRMADOS Y SELLADOS POR EL HOSPITAL QUE SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS SIMILARES, SE ACEPTA?</p>	PODRÁ PRESENTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, MAS SE VERIFICARA QUE SEA FIRMADO POR LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO 6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS Y DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL MISMO NUMERAL

00000145



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615132	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA	APARTADO 1.4.3. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO DE SELLADO DE VASOS QUE SOPORTA 3 VECES LA PRESIÓN SISTÓLICA NORMAL (360MMHG). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
615133	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA	APARTADO 1.13 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE LA CANTIDAD DE PINZAS BIPOLARES RECTA Y DE BAYONETA. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA
615194	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA	APARTADO 1.12 Y 2.1 EL CONVOCANTE SOLICITA EN APARTADO 1.12 CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DE EQUIPO Y APARTADO 2.1 CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. SE PIDE A LA CONVOCANTE ACLARE SI SON 1 O 2 CARROS DE SOPORTE, TRANSPORTE Y TRASLADO POR EQUIPO DE ELECTROCIURUGÍA. FAVOR DE ACLARAR.	UN CARRO DE TRANSPORTE POR EQUIPO
615195	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA DE USO GENERAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE LA CANTIDAD DE PINZAS BIPOLARES RECTA Y DE BAYONETA. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA
615214	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA DE USO GENERAL	APARTADO 1.4.3. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO DE SELLADO DE VASOS QUE SOPORTA 3 VECES LA PRESIÓN SISTÓLICA NORMAL (360MMHG). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
615215	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA DE USO GENERAL	APARTADO 1.12 Y 2.1 EL CONVOCANTE SOLICITA EN APARTADO 1.12 CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DE EQUIPO Y APARTADO 2.1 CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. SE PIDE A LA CONVOCANTE ACLARE SI SON 1 O 2 CARROS DE SOPORTE, TRANSPORTE Y TRASLADO POR EQUIPO DE ELECTROCIURUGÍA. FAVOR DE ACLARAR.	UN CARRO DE TRANSPORTE POR EQUIPO
615294	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARAMETROS DE COMPRANET	DICE: 8 MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI SOLO ES UN MANIFIESTO O SE TENDRAN QUE SUBIR LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD POR PARTIDA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE LA MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES NO ES UN REQUISITO OBLIGATORIO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO POR QUE EL NO INCLUIRLO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION, EN CASO DE PRESENTARLO SOLO SERA A TRAVES DE UN ESCRITO LIBRE, NO OBSTABTE LO ANTERIOR DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO EL CUAL INCLUYE NORMAS OFICIALES
615295	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARAMETROS DE COMPRANET	DICE: 7 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI SOLO ES UN MANIFIESTO O EN CASO DE NO SERLO, SOLICITAMOS QUE NOS PROPORCIONE EL ANEXO A REQUISITAR?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE LA MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES NO ES UN REQUISITO OBLIGATORIO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO POR QUE EL NO INCLUIRLO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION, EN CASO DE PRESENTARLO SOLO SERA A TRAVES DE UN ESCRITO LIBRE
615296	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARAMETROS DE COMPRANET	DICE: 6 MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI EN ESTE PUNTO SE SUBIRA EL ANEXO 5?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACION
615297	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARAMETROS DE COMPRANET	ANEXO 23 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE QUE ESTE ANEXO ES POR PARTE DEL LICITANTE. ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES COORRECTO SE TRATA DE UN MANIFIESTO QUE TENDRÁ QUE REQUISITAR EL LICITANTE
615298	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARAMETROS DE COMPRANET	ANEXO 15. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE NO PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA, SE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE ANEXO DONDE INDIQUE QUE NO APLICA. SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: SE ACEPTA.
615299	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARAMETROS DE COMPRANET	ANEXO 22. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ESTE ANEXO ES POR PARTE DEL FABRICANTE O DEL LICITANTE?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES POR LICITANTE.
615300	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARAMETROS DE COMPRANET	ANEXO 24. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ESTE ANEXO ES POR PARTE DEL FABRICANTE O DEL LICITANTE?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES POR LICITANTE.

100000

00000146



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEL FOLK  
DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615301	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARAMETROS DE COMPRANET	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE QUE DOCUMENTACION SE SUBIRA EN CADA PARTIDA EJEMPLO 1 CAMPANAS CAMPANA DE FLUJO LAMINAR( ANEXO 1.2 FORMATO EXCEL Y PDF Y QUE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL?)	LOS DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR PARA CADA PARTIDA ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET.
615302	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES DE LA LICITACION	3.6 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. DICE: POR LO QUE EL ESCANEADO DE DICHA PROPOSICIÓN DEBERÁ CORRESPONDER CON LOS DOCUMENTOS RUBRICADOS Y/O FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR DOCUMENTOS EN PDF ORIGINAL CON FIRMA DIGITAL. SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE REPONDE: SE ACEPTA.
615303	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES DE LA LICITACION	3.15 RÚBRICA DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS. SE ENTIENDE QUE LOS UNICOS QUE RUBRICARAN SON LOS SERVIDORES PUBLICOS Y NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION LA FALTA RUBRICA EN LOS ANEXOS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.15 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO, DICHO PUNTO REFIERE AL PROCESO DE RUBRICA PARA LOS ACTOS COORRESPONDIENTES A LA APERTURA DE PROPOSICIONES RECIBIDAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, PARA LA PRESENTACION DE SUS PROPOSICIONES DEBERAN OBSERVAR LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 3.11, 6, 6.1, 6.2, 6.3.1 Y 6.3.2 DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO
615304	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES DE LA LICITACION	3.11 FORMA DE PRESENTAR LA PROPOSICIÓN . DICE: LA FALTA ABSOLUTA DE FOLIO EN LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN NO AFECTARÁ LA SOLVENCIA DE LA MISMA Y NO MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO. SE ENTIENDE QUE LA FALTA DE FOLIO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION . ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
615305	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO 1.2, FICHAS TÉCNICAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI, CONFORME A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN CADA UNA DE LAS FICHAS TÉCNICAS PORPORCIONADAS EN FORMATO EXCEL, NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA EDICIÓN DEL ARCHIVO PARA SU COMPLETADA SIEMPRE QUE SE MANTENGAN INTACTOS LOS PUNTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE , DADO QUE ALGUNAS CELDAS PRESENTAN ERRORES QUE DIFICULTAN UNA CORRECTA REFERENCIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	SE CARGARON LAS FICHAS NUEVAMENTE AL SISTEMA PARA SU LLENADO SIN QUE SUFRIRAN CAMBIOS
615306	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA NUEVAMENTE LAS FICHAS TÉCNICAS EN FORMATO EXCEL CON LA CORRECCIÓN DE LAS CELDAS QUE PRESENTAN ERRORES.	SE CARGARON LAS FICHAS NUEVAMENTE AL SISTEMA PARA SU LLENADO SIN QUE SUFRIRAN CAMBIOS
615307	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO 19. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI, CONFORME A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL FORMATO EXCEL, NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA EDICIÓN DEL ARCHIVO PARA SU COMPLETADA SIEMPRE QUE SE MANTENGAN INTACTOS LOS PUNTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, DADO QUE ALGUNAS CELDAS PRESENTAN ERRORES QUE DIFICULTAN UNA CORRECTA REFERENCIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	SE CARGÓ EL ANEXO 19 NUEVAMENTE AL SISTEMA PARA SU LLENADO SIN QUE SUFRIERA CAMBIOS
615308	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA NUEVAMENTE LAS FICHAS TÉCNICAS EN FORMATO EXCEL CON LA CORRECCIÓN DE LAS CELDAS QUE PRESENTAN ERRORES.	SE CARGÓ EL ANEXO 19 NUEVAMENTE AL SISTEMA PARA SU LLENADO SIN QUE SUFRIERA CAMBIOS
615309	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11	PARTIDA 11. PUNTOS 1,2,3 Y 4. DEBEREMOS ENTENDER QUE ESTOS PUNTOS MARCAN EL ENCABEZADO DE CADA APARTADO EN LA FICHA TÉCNICA Y NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL QUE NO SEAN REFERENCIADOS,¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN EMBARGO ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBE REFERENCIAR TODOS LOS SUBNUMERALES QUE INDIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS.
615310	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11	PARTIDA 11. PUNTOS 1.4, 1.5, 2.1. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON IMÁGENES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE USUARIO Y CATÁLOGO, CON EL FIN DE ESCLARECER LA CONFIGURACIÓN OFERTADA. ¿SE ACEPTA?	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERISTICA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
615311	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11	DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CÁMARA FABRICADA COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 316L, CON EL FIN PREVENIR O MITIGAR LA CORROSIÓN DE LOS BIENES, BASADO EN LA VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA,¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

23106890

00000142

*[Handwritten signatures and marks]*



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RENECAMENTO DEL PROFESIONARISMO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615312	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTO 1.1, SE DEBE ENTENDER QUE DERIVADO DE LA VISITA A LA UNIDAD, SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON DIMENSIONES: 690X700X1960 MM, DADAS LAS CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA DESTINADA PARA ESTE EQUIPO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
615313	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTO 1.2. SE DEBE ENTENDER QUE LAS DIMENSIONES EN LA CÁMARA TIENEN UNA TOLERANCIA DE ± 15 CM, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
615314	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTO 1.4 DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UNA BOMBA DE CIRCULACIÓN DE LAVADO Y FILTROS DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD AISI 316L, CON EL FIN DE EVITAR LA CORROSIÓN DE LOS BIENES Y ASEGURAR LA VIDA ÚTIL DEL BIEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615315	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTO 1.4 DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UNA BOMBA DE CIRCULACIÓN DE LAVADO QUE ASEGURE UNA ELEVADA TASA DE FLUJO COMBINADO CON UNA EFECTIVA PRESIÓN DE AGUA EN LOS BRAZOS ASPERSORES PARA LOS CICLOS DE LAVADO, ENJUAGUE Y LIMPIEZA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615316	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTOS 1,2,3,4,5 Y 6. DEBEREMOS ENTENDER QUE ESTOS PUNTOS MARCAN EL ENCABEZADO DE CADA APARTADO EN LA FICHA TÉCNICA Y NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL QUE NO SEAN REFERENCIADOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN EMBARGO ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBE REFERENCIAR TODOS LOS SUBNUMERALES QUE INDIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS.
615317	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTO 5.2, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PUNTO NO APLICA AL LICITANTE, DADO QUE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE ADECUADAMENTE EN LOS RANGOS QUE INDICA FÁBRICA SE REALIZARÁN POR PARTE DE LA CONVOCANTE. FAVOR DE ACLARAR	LAS ADECUACIONES CORRERAN POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, LA INSTALACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.
615318	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTO 5.2, EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, DEBEREMOS ENTENDER QUE EN EL COSTO DEL EQUIPO SE IMPACTARÁN ESTAS ADECUACIONES. FAVOR DE ACLARAR.	NO FUE NEGATIVA
615319	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTO 5.3, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PUNTO NO APLICA AL LICITANTE, DADO QUE LA COLOCACIÓN DE HOJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS ESPACIOS ENTRE EL EQUIPO Y EL ÁREA SE REALIZARÁN POR PARTE DE LA CONVOCANTE. FAVOR DE ACLARAR	LAS HOJAS DE ACERO LAS DEBE COLOCAR EL LICITANTE ADJUDICADO
615320	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTO 5.3, EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, DEBEREMOS ENTENDER QUE EN EL COSTO DEL EQUIPO SE IMPACTARÁN ESTAS ADECUACIONES. FAVOR DE ACLARAR.	LAS HOJAS DE ACERO LAS DEBE COLOCAR EL LICITANTE ADJUDICADO
615321	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	PUNTO 6.2. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EL MANUAL DE USUARIO Y/O CATÁLOGO COMO UNA IMAGEN QUE DEMUESTRA SU CUMPLIMIENTO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERISTICA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
615322	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTO 1.13. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE NUESTRA MARCA, SIN SER UN DECREMENTO EN LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA
615323	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTO 1.11. DEBEMOS DE ENTENDER, QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD TOTAL EN EL TANQUE DE 43L, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615324	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTO 1.8. DEBEREMOS ENTEDER QUE SE REFIERE A QUE LA ESTRUCTURA EXTERNA DEBE ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
615325	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTO 5.2, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PUNTO NO APLICA AL LICITANTE, DADO QUE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE ADECUADAMENTE SE REALIZARÁN POR PARTE DE LA CONVOCANTE. FAVOR DE ACLARAR	LAS ADECUACIONES CORRERAN POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, LA INSTALACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

78100000

00900148



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NUMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615326	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTO 5.2, EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, DEBEREMOS ENTENDER QUE EN EL COSTO DEL EQUIPO SE IMPACTARÁN ESTAS ADECUACIONES. FAVOR DE ACLARAR.	NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA.
615327	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTO 5.3, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PUNTO NO APLICA AL LICITANTE, DADO QUE LA INSTALACIÓN DE AGUA Y DRENAJE SE REALIZARÁN POR PARTE DE LA CONVOCANTE. FAVOR DE ACLARAR	LAS ADECUACIONES CORRERAN POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.
615328	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTO 5.3, EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, DEBEREMOS ENTENDER QUE EN EL COSTO DEL EQUIPO SE IMPACTARÁN ESTAS ADECUACIONES. FAVOR DE ACLARAR.	NO FUE NEGATIVA LA PREGUNTA.
615329	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTO 1.1, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR, ESTE PUNTO CON UNA IMAGEN DENTRO DEL MANUAL DE USUARIO Y/O CATÁLOGO, CON LA FINALIDAD DE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERISTICA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
615330	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTOS 1,2,3,4 Y 5. DEBEREMOS ENTENDER QUE ESTOS PUNTOS MARCAN EL ENCABEZADO DE CADA APARTADO EN LA FICHA TÉCNICA Y NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL QUE NO SEAN REFERENCIADOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN EMBARGO ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBE REFERENCIAR TODOS LOS SUBNUMERALES QUE INDIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS.
615331	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	PUNTO 1.6. DEBEREMOS ENTENDER QUE LA TINA DE ACERO INOXIDABLE DEBERA ESTAR CONSTRUIDA EN AL MENOS ACERO AISI 316L, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615332	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16	ENTENDEMOS QUE, PARA LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA EXITOSOS EN EL HOSPITAL, SE REQUIEREN GRANDES AUMENTOS PARA PODER RESOLVER LAS NECESIDADES DE MAGNIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMAGEN. ENTENDEMOS QUE ES NECESARIO UN TUBO QUE PERMITA INCREMENTAR LA MAGNIFICACIÓN MÍNIMO UN 50% ADICIONAL, A LA MAGNIFICACIÓN MOTORIZADA, CON TAN SOLO PRESIONAR UN BOTÓN. CON ESTO, EL CIRUJANO TENDRÁ MÁS HERRAMIENTAS QUE LE PERMITAN LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS, TALES COMO ANASTOMOSIS	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615333	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16	DICE: "1.3.2.- CON SISTEMA DE FRENADO." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA ESTE PUNTO, EL SISTEMA A OFERTAR DEBE CONTAR CON UN SOLO PEDAL QUE PERMITA FRENAR EL SISTEMA DE MANERA INMEDIATA PARA POSICIONARLO EN EL QUIRÓFANO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615334	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16	DICE: "1.17.1.- FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN INTRAOPERATORIA EN APLICACIONES CON FLUORESCENCIA PARA ONCOLOGÍA, RECONSTRUCCIÓN DE MAMA DEL SISTEMA NERVIOSO (TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO)." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER EL FILTRO AMARILLO 560; CUYO MEDIO DE CONTRASTE UTILIZA FLUORESCÉINA. ESTE FILTRO AMARILLO ES EL ÚNICO QUE CUENTA CON EL CONTRASTE DISPONIBLE EN MÉXICO. EXISTEN OTROS FILTROS ONCOLÓGICOS COMO EL AZUL, CUYO MEDIO DE CONTRASTE NO ESTÁ DISPONIBLE EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA DEL FILTRO AMARILLO?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615335	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16	DICE: "1.4.3.- PANTALLA ALTA DEFINICIÓN O SUPERIOR DE 21" O MAYOR, CON ROTACIÓN E INCLINACIÓN." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA ESTE PUNTO, EL SISTEMA A OFERTAR DEBE CONTAR CON UNA PANTALLA DE ESAS DIMENSIONES INTEGRADA EN EL CUERPO/ESTATIVO DEL MICROSCOPIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615336	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16	DICE: "1.5.- MOVIMIENTO MOTORIZADO DEL MICROSCOPIO." PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA FUNCIÓN XY MOTORIZADO, PARA MOVER EL EQUIPO DE MANERA AUTOMÁTICA EN ESTE PLANO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615337	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16	DICE: "1.6.- SISTEMA DE AUTOBALANCEO AUTOMÁTICO." PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE, PARA FACILITAR LA PREPARACIÓN DEL MICROSCOPIO Y EFICIENTIZAR EL TIEMPO; ES NECESARIO QUE EL MICROSCOPIO A OFERTAR, UNA VEZ QUE ESTÁ EN LA POSICIÓN DE BALANCE, CUENTE CON UN BOTÓN QUE, AL PRESIONARLO UNA SOLA VEZ, SE PUEDA LLEVAR A CABO EL EQUILIBRIO DEL MICROSCOPIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615338	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA	TÉCNICO	PARTIDA 16	DICE: "1.7.- CAPACIDAD DE VACIO PARA LA COLOCACIÓN DE LA FUNDA ESTERIL." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, LA CONVOCANTE REQUIERE UNA FUNCIÓN QUE, CON TAN SOLO PRESIONAR UN BOTÓN, PERMITA RETIRAR EL AIRE CONTENIDO EN LA FUNDA	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

00100000

00000149



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
MINISTRO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PUEBLO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	BIOMEDICA SA DE CV			ESTÉRIL UNA VEZ QUE SE VISTE EL MICROSCOPIO, FACILITANDO EL AJUSTE Y EVITANDO QUE QUEDE COLGANDO E INTERFERIA EN LA VISUALIZACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO. CUALQUIER PROPUESTA QUE NO CUMPLA CON ESTA FUNCIÓN DE ASPIRACIÓN ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
615339	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16	DICE: "1.11.1.- ENFOQUE MOTORIZADO; CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 225 A 500 MM." PREGUNTA: ALGUNOS PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVAS REQUIEREN TRABAJAR A DISTANCIAS CORTAS, DE TAL MANERA QUE PERMITAN OBSERVAR EL CAMPO OPERATORIO DE MEJOR FORMA. EL EQUIPO A OFERTAR CUENTA CON UNA DISTANCIA EN UN RANGO DE 200 A 500 MM. ESTO SUPERA LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615340	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16	DICE: "1.12.4.- CON CAPACIDAD DE MINIMIZAR LAS SOMBRAS." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA ESTE PUNTO, EL SISTEMA A OFERTAR DEBE CONTAR CON UNA FUNCIÓN DE LUZ ADICIONAL PARA ILUMINAR SOBROS O CANALES ESTRECHOS. CUALQUIER OFERTA QUE NO CUMPLA CON ESTE PUNTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615341	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 16	DICE: "1.13.1.- CON VIDEOCÁMARA COMPACTA DE 3 CHIPS DE ALTA DEFINICIÓN A COLOR, INTEGRADA EN EL CUERPO DEL MICROSCOPIO (INTERNA)." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, PARA ESTE PUNTO, LA CÁMARA DEBE SER TOTALMENTE INTEGRADA, INTERNA, SIN CABLES NI MÓDULOS EXTERNOS. CUALQUIER OFERTA QUE NO CUMPLA CON ESTO SERÍA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615342	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 26	DICE: "1.9 DIMENSIONES: 220 CM DE ALTURA 120 CM ANCHO Y 52 CM DE PROFUNDIDAD CON +/- 10% DE TOLERANCIA EN LAS TRES MEDIDAS." CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 710 X 787 X 1900 MM (ANXPRXL), YA QUE, ESTAS CARACTERÍSTICAS NO LIMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DEL ±10%
615343	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 26	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL COSTO DE LAS ADECUACIONES SERÁ CUBIERTO POR LA UNIDAD HOSPITALARIA O BIEN TENDRÁ QUE SER CONSIDERADO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA. FAVOR DE ACLARAR.	LAS ADECUACIONES CORRERAN POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, LA INSTALACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.
615344	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51	DICE: "1.2.- TEMPERATURA DE 40-55 (±1)°C." CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN ENTRE 50 °C Y 55 °C, YA QUE, ESTE RANGO DE TEMPERATURA NO DELIMITA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y HACE POSIBLE UN CORRECTO PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615345	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51	DICE: "1.4.- SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE PUERTA(S), DURANTE EL PERÍODO DE ESTERILIZACIÓN." DEBEMOS DE ENTENDER, QUE, SE REQUIEREN DOS PUERTAS DESLIZANTES AUTOMÁTICAS QUE SE MANTENGAN BLOQUEADAS DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y NO PUEDAN ABRIRSE HASTA QUE SE CUMPLA DICHO CICLO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE UN EQUIPO DE DOS PUERTAS QUE NO PERMITA LA APERTURA DE NINGUNA PUERTA DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
615346	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51	DICE: "1.1.1.- DIMENSIONES EXTERNAS 0.80M (±10%) * 1.0M (±10%) * 1.70M (O MAYOR); CON BASE." DERIVADO DE LA VISITA A LA UNIDAD, EL ÁREA SE ADECUARÁ A LA GUIA MECÁNICA DEL EQUIPO ADJUDICADO, POR LO TANTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ALTURA DE ±1%, YA QUE, LA DIFERENCIA ES NULA Y ESTA CARACTERÍSTICA NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO NI PROPÓSITO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615347	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE QUÉ LADO REQUIEREN EL ACCESO AL ÁREA DE SERVICIO. FAVOR DE ACLARAR.	EL LADO QUE SE REQUIERE EL ACCESO SERÁ DE LADO IZQUIERDO.
615348	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 51	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL COSTO DE LAS ADECUACIONES SERÁ CUBIERTO POR LA UNIDAD HOSPITALARIA O BIEN TENDRÁ QUE SER CONSIDERADO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA. FAVOR DE ACLARAR.	LAS ADECUACIONES CORRERAN POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, LA INSTALACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.
615349	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52	DICE: "1.12.- PANTALLA GRÁFICA DIGITAL DE MÍNIMO 7 PULGADAS, EN AMBOS LADOS, UNO HACIA EL ÁREA GRIS Y UNO HACIA EL ÁREA BLANCA." CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" Y 3,5" EN EL LADO DE DESCARGA, ESTA CARACTERÍSTICA NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO NI PROPÓSITO DEL EQUIPO, YA QUE, PARA EL ÁREA BLANCA, NO ES NECESARIO TENER UNA PANTALLA CON TALES DIMENSIONES, PUESTO QUE TODO PROCESO DE ESTERILIZACIÓN SE CONFIGURA E INICIA DESDE EL ÁREA GRIS, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615350	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL COSTO DE LAS ADECUACIONES SERÁ CUBIERTO POR LA UNIDAD HOSPITALARIA O BIEN TENDRÁ QUE SER CONSIDERADO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA. FAVOR DE ACLARAR.	LA INSTALACIÓN SERÁ CUBIERTA POR EL PROVEEDOR Y LAS ADECUACIONES SERÁN CUBIERTAS POR LA UNIDAD HOSPITALARIA.
615351	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA	TÉCNICO	PARTIDA 14	PUNTOS 1,2,3 Y 4. DEBEREMOS ENTENDER QUE ESTOS PUNTOS MARCAN EL ENCABEZADO DE CADA APARTADO EN LA FICHA TÉCNICA Y NO SERA MOTIVO DE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN EMBARGO ES IMPORTANTE

00000150



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MATAJES

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV			DESECHAMIENTO EL QUE NO SEAN REFERENCIADOS,¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	RECORDAR QUE DEBE REFERENCIAR TODOS LOS SUBNUMERALES QUE INDIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS.
615352	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	NUMERAL 1.5.3, DEBEREMOS ENTENDER QUE PODREMOS OFERTAR PARA ESTA CARACTERÍSTICA FILTRO DE RH, AG Y AL (RODIO, ALUMINIO Y PLATA) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615353	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LOS PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, DEL ÁREA EN DONDE SE UBICARÁ ESTE EQUIPO, Y EN BASE A ELLO, NOSOTROS PODER PRESENTAR LA GUÍA MECÁNICA QUE SE NOS SOLICITA EN EL ANEXO 19, PUNTO 6.9.- GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.	LOS PLANOS SE COMPARTIERON EL DIA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA EN FORMATO AUTOCAD Y PDF
615354	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	NUMERAL 1.7.2, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR MOVIMIENTOS DE ROTACION DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA COMO ROTACIÓN DEL BRAZO DE -195° A 155°, CON ESTE MOVIMIENTO SE PERMITE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ESTUDIOS CON TODAS LAS VISTAS REQUERIDAS PARA MASTOGRAFIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615355	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	NUMERAL 1.10.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA COMO "RANGO DE COMPRESIÓN TOTAL DE 70 N A 178 N" YA QUE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES MENCIONAN QUE LA FUERZA DEBE SER ENTRE 80-120, SIN EMBARGO, EL RANGO DE COMPRESIÓN TOTAL DE 70 N A 178 N ES UNA FUERZA ADECUADA PARA LA MAYORÍA DE LAS MUJERES Y NECESARIA PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE RADIACIÓN NECESARIA PARA EL DIAGNÓSTICO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615356	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	NUMERAL 4.2.- DEBERMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA MI REPRESENTADA DADO QUE EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA MANTENER EL EQUIPO DENTRO DEL ÁREA DESIGNADA CORRERA POR CUENTA DE LA CONVOCANTE, YA QUE ESTA ES UNA ADECUACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS ADECUACIONES CORRERAN POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.
615357	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL MINISPLIT DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y SE IMPACTARÁ EL PRECIO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR.	NO FUE NEGATIVA
615358	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	NUMERAL 4.4.- DEBERMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA MI REPRESENTADA DADO QUE EL SISTEMA DE TIERRAS INDEPENDIENTE SERÁ UNA ADECUACIÓN QUE CORRERÁ POR PARTE DE LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERA COLOCAR EL SISTEMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
615359	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA ADECUACIÓN SE IMPACTARÁ EN EL PRECIO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR.	EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERA COLOCAR EL SISTEMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
615360	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	NUMERAL 3.2.- DEBEREMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE UN GRABADOR/ROTULADOR DE CD/DVD DE USO CLÍNICO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE A UN GRABADOR, ROTULADOR DE IMÁGENES EXTERNO CON VISUALIZADOR DICOM
615361	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	PUNTOS 1,2,3 Y 4. DEBEREMOS ENTENDER QUE ESTOS PUNTOS MARCAN EL ENCABEZADO DE CADA APARTADO EN LA FICHA TÉCNICA Y NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL QUE NO SEAN REFERENCIADOS,¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN EMBARGO ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBE REFERENCIAR TODOS LOS SUBNUMERALES QUE INDIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS.
615362	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	NUMERAL 1.7.3, DEBEREMOS ENTENDER QUE PODREMOS OFERTAR PARA ESTA CARACTERÍSTICA FILTRO DE RH, AG Y AL (RODIO, ALUMINIO Y PLATA) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615363	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	NUMERAL 1.9.2, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR MOVIMIENTOS DE ROTACION DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA COMO ROTACIÓN DEL BRAZO DE -195° A 155°, CON ESTE MOVIMIENTO SE PERMITE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ESTUDIOS CON TODAS LAS VISTAS REQUERIDAS PARA MASTOGRAFIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBIENDO ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615364	EQUIPAMIENTO O Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	NUMERAL 1.12.1, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA COMO "RANGO DE COMPRESIÓN TOTAL DE 70 N A 178 N" YA QUE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES MENCIONAN QUE LA FUERZA DEBE SER ENTRE 80-120, SIN EMBARGO, EL RANGO DE COMPRESIÓN TOTAL DE 70 N A 178 N ES UNA FUERZA ADECUADA PARA LA MAYORÍA DE LAS MUJERES Y NECESARIA PARA	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

00000151



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				REDUCIR LA CANTIDAD DE RADIACIÓN NECESARIA PARA EL DIAGNÓSTICO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
615365	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	NUMERAL 1.4, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CORRIENTE DE 3 A 500 MAS YA QUE CON ESTE RANGO GARANTIZAMOS CALIDAD DE IMAGEN PARA LOS DETALLES MÍNIMOS EN EL DIAGNOSTICO SIN LA NECESIDAD DE RADIAR AL PACIENTE UN MAYOR TIEMPO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615366	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	NUMERAL 1.21.4, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS OFERTAR UN SISTEMA DE BIOPSIA ASISTIDO POR VACIO COMPATIBLE CON EL MASTOGRAFO. FAVOR DE ACLARAR.	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615367	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	NUMERAL 1.21.4, EN CASO DE NO REQUERIR QUE SE OFERTE SISTEMA DE BIOPSIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE PARA QUE MARCA Y MODELO SE REQUIERE EL ADAPTADOR DE BIOPSIA	DEBERÁ OFERTAR EL SISTEMA DE BIOPSIA
615368	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	NUMERAL 3.3, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 3.4, DEBEREMOS ENTENDER QUE SE REQUIEREN 10 AGUJAS PARA BIOPSIA COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE BIOPSIA OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
615369	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	NUMERAL 3.4, DEBEREMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE 10 KITS QUE CONTENGAN GUIA DE BIOPSIA Y MARCADORES DE BIOPSIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
615370	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	NUMERALES 4.2 AL 4.8, DEBEREMOS ENTENDER QUE ESTOS PUNTOS NO APLICAN A MI REPRESENTADA PUESTO QUE SON ADECUACIONES DE ÁREA Y ESTAS VAN POR PARTE DE LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS NUMERALES 4.3, 4.4 Y 4.8 APLICAN POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. EL RESTO DE LOS NUMERALES APLICAN A SU REPRESENTADA.
615371	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, FAVOR DE ACLARAR SI LAS ADECUACIONES DEBERÁN IMPACTARSE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL EQUIPO.	LOS NUMERALES 4.2, 4.5, 4.6 Y 4.7 DEBERÁN IMPACTARSE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL EQUIPO.
615372	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55	NUMERAL 1.8.5, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL YA QUE EL DETECTOR OFERTADO ES UN DETECTOR FIJO ENSAMBLADO EN EL INTERIOR DE LA MESA, HERMETICAMENTE SELLADO, NO SE ENCUENTRA EXPUESTO AL AMBIENTE O AL MANEJO POR EL USUARIO DE TAL FORMA QUE SE ENCUENTRA PROTEGIDO A POLVO Y SALPICADURAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
615373	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55	NUMERAL 1.8.3, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UNA MATRIZ DE DETECTOR DE 2800 X 2800 PÍXELES, GARANTIZANDO IMAGEN DE CALIDAD CON ESTA RESOLUCIÓN, ADEMÁS DE QUE DE ACUERDO A LAS CÉDULA DE CENETEC PARA UN EQUIPO DE TELEMANDO SE DEBE DE OFERTAR MÍNIMO UNA MATRIZ DE 2000 X 2000 PÍXELES, Y NUESTRO DETECTOR SUPERA ESTA RECOMENDACIÓN ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615374	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55	NUMERAL 1.7.2, DEBEREMOS ENTENDER QUE SE PODRÁ REFERENCIAR "CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1TB" EN EL ENTENDIDO QUE EN UN 1TB SE PUEDEN ALMACENAR MÁS DE 250, 000 IMÁGENES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO ESTA CARACTERÍSTICA SEA EQUIVALENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.
615375	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20	NUMERAL 1.8.2, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTA CARACTERÍSTICA "ANÁLISIS VASCULAR Y REPORTE VASCULAR", CON EL FIN DE PROPORCIONARLE AL USUARIO LAS HERRAMIENTAS PARA EVALUAR CUALQUIER VASO DEL CUERPO YA SEA EN EL TORAX, EXTIMIDADES SUPERIORES E INFERIORES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615376	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20	NUMERAL 1.8.4, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO "ADQUISICIÓN DE IMÁGENES VASCULARES, CON FUNCIÓN DE CALIPER Y DESPLIEGUE DE PATRON DE LINEAS DE PUNTOS" EN EL ENTENDIDO DE QUE CON ESTAS HERRAMIENTAS SE PUEDE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE INCERSIÓN DE CATETERES EN VENAS Y ARTERIAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
615377	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20	NUMERAL 1.9, DEBEREMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE LA INTIMA MEDIA Y CONECTIVIDAD DICOM PARA EL ALMACENAMIENTO Y ENVIO DE ESTUDIOS EN FORMATO DICOM ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA
615378	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20	NUMERAL 1.10, DEBEREMOS ENTENDER QUE PARA ESTA CARACTERÍSTICA PODREMOS OFERTAR LÍNEA DE GUÍA DE PUNCIÓN, HERRAMIENTA USADA PARA INSERTAR AGUJAS Y CATETERES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

00000152



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615379	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20	NUMERAL 2.1, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL DE 2 A 12 MHZ, ES DECIR, CON UNA DIFERENCIA DE $\pm 1$ MHZ EN EL RANGO SUPERIOR, YA QUE ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y REALIZA LAS APLICACIONES REQUERIDAS EN LA CÉDULA; ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615380	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20	PUNTOS 1,2,3 Y 4. DEBEREMOS ENTENDER QUE ESTOS PUNTOS MARCAN EL ENCABEZADO DE CADA APARTADO EN LA FICHA TÉCNICA Y NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO E	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN EMBARGO ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBE REFERENCIAR TODOS LOS SUBNUMERALES QUE INDIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS.
615381	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	PUNTO 1.1.1.- DICE: "POTENCIA DE 30 KW. Ó MAYOR", DEBEREMOS ENTENDER QUE EL GENERADOR DE RAYOS X DEBE TENER UNA POTENCIA DE ALMENOS 40KW, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN NECESARIO PARA OBTENER UNA IMAGEN DE ALTA CALIDAD, LO QUE NO SOLO MEJORA LA EFICIENCIA DEL PROCESO, SINO QUE TAMBIÉN REDUCE LA DOSIS DE RADIACIÓN PARA EL PACIENTE Y EL USUARIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615382	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1.2.2, Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 107 KHU, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA SOPORTAR EL CALOR QUE GENERA UN EQUIPO DE 32 KW DE POTENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615383	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	PUNTO 1.2.4.- ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180 Y -180° O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CUYA ROTACIÓN DEL TUBO SEA DE +90 Y -90° O MAYOR, DADO QUE LA ROTACIÓN EN LA COLUMNA DE NUESTRA SOLUCIÓN CUBRE UN RANGO DE +320 A -320°, LO CUAL AYUDA A COMPENSAR ESTA DIFERENCIA A NIVEL FUNCIONAL, ASEGURANDO UNA COBERTURA ANGULAR MÁS AMPLIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
615384	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	PUNTO 1.7.- PESO DE 440 KG. O MENOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$ DEL PESO SOLICITADO, AL SER MOTORIZADO ESTA DIFERENCIA LIMITA LA MOVILIDAD Y/O MANEJO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615385	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	PUNTO 1.14.- CONTROL REMOTO ALÁMBRICO PARA EXPOSICIÓN. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE EQUIPOS CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, CONSIDERANDO QUE ESTA CARACTERÍSTICA SUPERIOR PERMITIRÁ MEJORAR LOS FLUJOS DE TRABAJO DÁNDOLE MAYOR VERSATILIDAD DE USO A LA SOLUCIÓN; ¿SE ACEPTA NUESTRA SUGERENCIA?	NO SE ACEPTA, EL CONTROL DEBE SER ALÁMBRICO.
615386	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	PUNTO 1.17.- PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA LCD O TFT DE 19" O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE ÚNICAMENTE PANTALLAS AJUSTABLES CUYAS DIMENSIONES SEAN DE 21" O MAYOR, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS ADQUIRIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615387	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	PUNTOS 1,2,3 Y 4. DEBEREMOS ENTENDER QUE ESTOS PUNTOS MARCAN EL ENCABEZADO DE CADA APARTADO EN LA FICHA TÉCNICA Y NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL QUE NO SEAN REFERENCIADOS; ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN EMBARGO ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBE REFERENCIAR TODOS LOS SUBNUMERALES QUE INDIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS.
615389	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	3_29DMTI_048_24_RAYOS_X_CON_FLUOROSCOPIA_MOVIL_DIGITAL_TIPO_ARCO_EN_C	1- EN LAS PRESENTES BASES NO_LA_68_017_909007975_T_7_2024 PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN C SIN REFERENCIA. PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR LA NOMENCLATURA O SOFTWARE QUE MANEJA CADA CASA COMERCIAL, EN EL ENTENDIDO QUE SE ESTARÁ OFERTANDO LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
615390	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	3_29DMTI_048_24_RAYOS_X_CON_FLUOROSCOPIA_MOVIL_DIGITAL_TIPO_ARCO_EN_C	2- EN LAS PRESENTES BASES NO_LA_68_017_909007975_T_7_2024 PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN C; REFERENCIA PUNTO 1.1.2. PREGUNTA: PREGUNTA: LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA ES EXCLUSIVA DE UN PROVEEDOR, LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SIN EMBARGO EL VALOR DE 125 KV NO REPRESENTA UNA VENTAJA DE OPERACIÓN CLÍNICA, YA QUE LA PENETRACIÓN DE LOS RAYOS X ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DE POTENCIA DEL EQUIPO, AUNADO A QUE SOLICITAN UNA POTENCIA DE AL MENOS 15 KW, ES DECIR, YA CON ESTE VALOR DE POTENCIA SE ESTÁ GARANTIZANDO PODER REALIZAR AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DONDE SE REQUIERE CONTAR CON VALORES DE KV Y MA NECESARIOS POR EJEMPLO, UNA TOMA LATERAL DE COLUMNA, QUE ES DE LAS TOMAS MÁS DIFÍCIL DE OBTENER. ADEMÁS, NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON UN GENERADOR DE POTENCIA DE 25 KW, QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, LO QUE GARANTIZA OBTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD SIN DEMERITAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. POR TODO LO ANTERIOR PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE SE PERMITA OFERTAR "KV DE 40 A 120". ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

00000153



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615391	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	3_29DMTI_048_24_RAYOS_X_CON_FLUOROSCOPIA_MOVIL_DIGITAL_TIPO_ARCO_EN_C	3-EN LAS PRESENTES BASES NO_LA_68_017_909007975_T_7_2024 PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN C; REFERENCIA PUNTO 1.4.3. PREGUNTA: PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE EL TAMAÑO DE DETECTOR A OFERTAR SEA DE 30 X 30 CM, YA QUE CON ESTE TAMAÑO SE GARANTIZA OBTENER UNA MAYOR COBERTURA, POR EJEMPLO EN ESTUDIOS DE CADERA Y LOS PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS. EL TAMAÑO ORIGINAL SOLICITADO DE 20 X 20 CM LIMITARÁ LA COBERTURA Y LIMITARÁ LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615392	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	3_29DMTI_048_24_RAYOS_X_CON_FLUOROSCOPIA_MOVIL_DIGITAL_TIPO_ARCO_EN_C	4-EN LAS PRESENTES BASES NO_LA_68_017_909007975_T_7_2024 PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN C; REFERENCIA PUNTO 1.10.1. PREGUNTA: PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR DOS PANTALLAS LCD O TFT DE 19" O MAYOR, ESTA MEDIDA ES SUFICIENTE PARA QUE EL ESPECIALISTA PUEDA CONTAR CON UNA EXCELENTE VISION DURANTE EL POCEDIMIENTO, LO ANTERIOR NO DEMERITA LA CALIDAD DEL ESTUDIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615393	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	3_29DMTI_048_24_RAYOS_X_CON_FLUOROSCOPIA_MOVIL_DIGITAL_TIPO_ARCO_EN_C	5- EN LAS PRESENTES BASES NO_LA_68_017_909007975_T_7_2024 PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN C; REFERENCIA PUNTO 1.10.3. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR UN CD-R O DVD Y USB ESTOS DEBERÁN ESTAR INTEGRADOS AL EQUIPO O A LA CONSOLA DE CONTROL MÓVIL. ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615394	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	3_29DMTI_048_24_RAYOS_X_CON_FLUOROSCOPIA_MOVIL_DIGITAL_TIPO_ARCO_EN_C	6- EN LAS PRESENTES BASES NO_LA_68_017_909007975_T_7_2024 PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN C; REFERENCIA PUNTO 2.2. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN Y LAS CUBIERTAS ESTERILIZABLES ES PARA EL DETECTOR ¿ES CORRECTO?	LAS CUBIERTAS SON PARA EL DETECTOR, EL ARCO EN C, DEBIDO A QUE ESTOS ENTRAN EN CONTACTO CON EL CAMPO QUIRÚRGICO
615460	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN.	NUMERAL 16. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA EL CASO DE QUE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO FISCAL SEAN ARRENDADAS, SE PERMITA INCLUIR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS MISMAS ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE (AUNQUE NO ESTÉ A NOMBRE DEL MISMO), SIEMPRE Y CUANDO ADJUNTE INSTRUMENTO JURÍDICO QUE AMPARE EL MOTIVO POR EL CUAL NO ESTÁ A SU NOMBRE ES DECIR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COMODATO, ETC., LO CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.
615461	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	DOCUMENTACION TECNICA	6.5.- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES ENTREGAR CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA. O CARTA POR PARTE DE LA AFIANZADORA EN DONDE MANIFIESTE BAJO PROPTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA FIANZA DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA A SIDO CANCELADA Y QUE A LA FECHA DE EMISION DE LA MISMA MO SE A RECIBIDO NINGUNA RECLAMACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
615462	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	DOCUMENTACION TECNICA	6.14.- EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL PERSONAL DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
615463	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	DOCUMENTACION TECNICA	6.5.- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CONTRATOS Y/O PEDIDOS DE VENTA DE EQUIPO MEDICO SIMILARES A LOS OFERTADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
615674	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS ADECUACIONES DEL ÁREA SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA GUÍA MECÁNICA ENTREGADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
615675	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL VOLTAJE SUMINISTRADO A PIE DE LA SALA CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA GUÍA MECÁNICA DEL RESULTANTE ADJUDICADO. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
615676	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS ADECUACIONES DEL ÁREA SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA GUÍA MECÁNICA ENTREGADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
615677	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL VOLTAJE SUMINISTRADO A PIE DE LA SALA CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA GUÍA MECÁNICA DEL RESULTANTE ADJUDICADO. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

20100000

00000154



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RECONOCIMIENTO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL TRABAJO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615678	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS ADECUACIONES DEL ÁREA SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA GUÍA MECÁNICA ENTREGADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
615679	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL VOLTAJE SUMINISTRADO A PIE DE LA SALA CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA GUÍA MECÁNICA DEL RESULTANTE ADJUDICADO. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
615680	ABSTEL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO NUM 1 ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	FAVOR DE ACLARAR SI EL DOCUMENTO NUM 1 ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA SOLICITADO EN LA PLATAFORMA COMPRANET CORRESPONDE A ALGÚN ANEXO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA O SERÁ EN FORMATO LIBRE.	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE CORRESPONDE AL ANEXO 2 DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DEBIENDO CARGAR DICHO ANEXO DEBIDAMENTE REQUISITADO EN LOS PARAMETROS DE "ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA" Y FORMATO PARA A CREDITACION DE PERSONALIDAD JURÍDICA.
615681	ABSTEL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO NUM 2 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	FAVOR DE ACLARAR SI EL DOCUMENTO NUM. 2 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE SOLICITADO EN LA PLATAFORMA COMPRANET CORRESPONDE A ALGÚN ANEXO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA O SERÁ EN FORMATO LIBRE	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE SERA EN FORMATO LIBRE
615682	ABSTEL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS NUM 5, 6, 7 Y 8	FAVOR DE ACLARAR SI LOS DOCUMENTOS 5, 6, 7 Y 8 SOLICITADOS EN COMPRANET LEGAL-ADMINISTRATIVO, SON OPCIONALES Y EL NO PRESENTARLOS NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS PARAMETROS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES 5, 6, 7 Y 8 EN LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET NO SON OBLIGATORIOS, EN CASO DE QUE EL LICITANTE DESEE PRESENTARLOS SERA A TRAVES DE UN ESCRITO LIBRE
615683	ABSTEL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS NUM 5, 6, 7 Y 8	FAVOR DE ACLARAR SI LOS DOCUMENTOS 5, 6, 7 Y 8 SOLICITADOS EN COMPRANET LEGAL-ADMINISTRATIVO SON EN FORMATO LIBRE O CORRESPONDEN A ALGÚN ANEXO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS PARAMETROS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES 5, 6, 7 Y 8 EN LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET NO SON OBLIGATORIOS, EN CASO DE QUE EL LICITANTE DESEE PRESENTARLOS SERA A TRAVES DE UN ESCRITO LIBRE
615684	ABSTEL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 22	FAVOR DE ACLARAR SI ESTE ANEXO APLICA SÓLO PARA BIENES FABRICADOS EN MÉXICO O TAMBIÉN PARA BIENES DE IMPORTACIÓN.	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE APLICA PARA BIENES FABRICADOS EN MÉXICO, PARA BIENES DE IMPORTANCION SERA APLICABLE EL ANEXO 24.
615685	ABSTEL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.21	EN CASO DE QUE EL ÁREA EN DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS NO ESTE LISTA Y/O APTA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, SE PODRÁN RECIBIR LOS EQUIPOS EN CAJAS CERRADAS BAJO RESGUARDO DE LA CONVOCANTE, FAVOR DE ACLARAR.	SE RESPONDE QUE EL RESGUARDO SERÁ POR PARTE DEL PROVEEDOR
615686	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO CONSTITUYE MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL UTILIZAR TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LO SOLICITADO Y SE TRATE ÚNICAMENTE DE CUESTIONES DE NOMENCLATURA. SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO?	PUEDA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPROBE EQUIVALENCE
615687	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE NO PODER REFERENCIAR TEXTUALMENTE UN PUNTO TÉCNICO ES POSIBLE AGREGAR UNA NOTA EN EL ARCHIVO PARA GARANTIZAR QUE SE PUEDA ENTENDER QUE LO SOLICITADO SE ESTÁ CUMPLIENDO DE MANERA EQUIVALENTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE PUEDE AGREGAR NOTA, SE DEBE DEMOSTRAR CON DOCUMENTACION TECNICA
615688	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTOS 1, 2, 3 Y 4	ENTENDEMOS QUE ESTOS PUNTOS SOLO HACEN REFERENCIA A ENCABEZADOS DE LA FICHA, POR LO CUAL NO DEBEN SER REFERENCIADAS EN ALGÚN MANUAL CÁTALOGO O FOLLETO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO PARA ESTA PARTIDA, SIN EMBARGO SE DEBE REFERENCIAR CADA UNO DE SUS SUBNUMERALES
615689	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.1.4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR IMAGEN ÚNICA, COMO IMAGEN INDIVIDUAL, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERISTICA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
615690	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN, COMO DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO	SE ACERTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000155



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	
615691	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.2	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROTACIÓN, COMO ANGULACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
615692	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.3	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO HORIZONTAL, COMO MOVIMIENTO HORIZONTAL, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
615693	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO VERTICAL, COMO DESPLAZAMIENTO VERTICAL, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
615694	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.5	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEÓ, COMO INTERVALO DE ROTACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
615695	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.4.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN, COMO PROFUNDIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
615696	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CONSOLA DE CONTROL MÓVIL, COMO, CARRO PORTA MONITORES, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615697	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10.1	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR DOS PANTALLAS CON TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, CON MEDIDA DE 21" +/- 2" LAS CUALES PERMITE UNA UNIFORMIDAD DEL BRILLO QUE SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE PARA UNA IMPRESIÓN DE IMAGEN MÁS EQUILIBRADA Y UNIFORME, ASÍ COMO EL AJUSTE AUTOMÁTICO EN FUNCIÓN DE LA LUZ AMBIENTAL Y UN RECUBRIMIENTO ANTIRREFLEJANTE DE VIDRIO, OFERTANDO ASÍ PANTALLAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR DOS PANTALLAS DE 19 PULGADAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN PREFERENTE LCD O TFT TACTIL O FULL HD DE 4K
615698	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10.1	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE FORMA CLÍNICA Y TÉCNICA EL PORQUE OFERTAR UNA PANTALLA DE 21" +/- 2" NO ES ACEPTADO, PUESTO QUE ESTA MEDIDA ES UN ESTANDAR EN MONITORES Y ES SUFICIENTE PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES, FOMENTANDO LO QUE RIGE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DONDE SE ESTABLECE DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, GARANTIZANDO QUE DICHS PROCEDIMIENTOS SE REALICEN EN UN MARCO DE COMPETENCIA JUSTA Y TRANSPARENTE.	LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA
615699	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10.3.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS (PUEDE SER EN DVD O CD O MEMORIA EXTERNA USB), COMO, UNIDAD DE DVD PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE EL VISOR DICOM
615700	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10.1.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RESOLUCIÓN, COMO, VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
615701	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.12	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PODER OFERTAR ADQUISICIÓN O ALMACENAMIENTO DE 25 PULSOS/SEG. O MAYOR, DADO QUE ESTO NO AFECTA DE FORMA CLÍNICA NI TÉCNICA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615702	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.14	ENTENDEMOS QUE CUANTIFICACIÓN VASCULAR HACE REFERENCIA A ANGIOGRAFÍA POR SUSTRACCIÓN CON VISUALIZACIÓN VASCULAR ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE LA UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN FORMATO DICOM
615703	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.14	EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE ES LO QUE REQUIERE PARA LA TERMINOLOGÍA CUANTIFICACIÓN VASCULAR CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN FORMATO DICOM	LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA
615704	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.14	ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBE CONTAR CON UNA UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN EL EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

00000156



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DIGITALES Y EL INTERCAMBIO DE DATOS FUERA DE LÍNEA EN FORMATOS DICOM ¿ES CORRECTO?	
615705	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 PUNTO 1.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR LA CAPACIDAD DE 487 LITROS, YA QUE LA DIFERENCIA ES MÍNIMA CON LA SOLICITADA (3 LITROS DE DIFERENCIA), ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS FABRICANTES
615706	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.2	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.2 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 64 CORTES CON 32 DETECTORES FÍSICOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
615707	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.2	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.2 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 64 CORTES RECONSTRUIDOS POR ROTACIÓN (EN UN GIRO DE 360 GRADOS) A 0.33 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
615708	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.11	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.11 DE LA PARTIDA 54, NOS CONFIRME QUE EL OFERTAR UNA TECNOLOGÍA DE TOMOGRAFÍA DE 64 CORTES QUE BRINDE 15.1% LÍNEAS PAR POR CENTÍMETRO MEDIDAS AL 2% MTF NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA YA QUE, EN SITUACIONES CLÍNICAS TÍPICAS, LA PERCEPCIÓN VISUAL HUMANA DE LA RESOLUCIÓN ESPACIAL EN IMÁGENES DE TC TIENE SU LÍMITE ENTRE EL 5 Y EL 10% DE MTF. ("THE 10% VALUE (...) IS AN INDICATION OF THE MAXIMUM DETECTABLE SPATIAL FREQUENCY." FRIEDMAN ET AL., <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23635277/">HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/23635277/</a> , SECTION III.A ON PAGE 051907-5.) TODO LO QUE ESTÉ POR DEBAJO, INCLUIDO EL 2% DE MTF Y EL 0% DE MTF, NO PUEDE PERCIBIRSE VISUALMENTE Y, POR TANTO, NO APORTA NINGÚN BENEFICIO CLÍNICO. ADEMÁS, EL 0% DE MTF PUEDE INCLUSO NO SER REPRODUCIBLE MEDIANTE MEDICIONES DE FANTOMAS, YA QUE LAS CURVAS PUEDEN TENER UN DESPLAZAMIENTO Y NO LLEGAR NUNCA A CERO. TANTO EL VALOR MTF DEL 0% COMO EL VALOR DE CORTE MTF NO SON UNA BUENA ESPECIFICACIÓN PARA COMPARAR EL RENDIMIENTO (CLÍNICO) DE LOS SISTEMAS DE TC. EN CAMBIO, EL VALOR MTF DEL 2% OFRECE UNA ALTERNATIVA PARA OBTENER MEDIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS Y REPRODUCIBLES DE LA RESOLUCIÓN DE ALTO CONTRASTE, MIENTRAS QUE EL NÚMERO MTF CLÍNICAMENTE RELEVANTE SE SITÚA EN EL 10% MTF O SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN ESPACIAL VISUALMENTE PERCEPTIBLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
615709	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.12.4	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.4 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN DISCO DURO DE 960 GB SSD EN LA ELECTRÓNICA DEL EQUIPO, Y DE MANERA COMPLEMENTARIA UN DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1TB, EXCEDIENDO ASÍ LA CAPACIDAD SOLICITADA Y MANTENIENDO UNA MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615710	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.12.1	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.1 DE LA PARTIDA 54, NOS CONFIRME QUE SE REFIERE CON DESPLIEGUE DE IMAGEN A MATRIZ DE DESPLIEGUE ACORDE A PARÁMETROS DE RESOLUCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ATIENDA EL PUNTO 1.12.3 DE LA FICHA TÉCNICA
615711	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.12.5	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.5 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN QUEMADOR EXTERNO DE CD/DVD ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ SER PARTE DE LA CONSOLA DEL OPERADOR O ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN
615712	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.12.27	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.27 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UNA CARTA DE FÁBRICA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA JUSTIFICAR ESTE PUNTO. ESTO SE DEBE A QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA NO ESTÁ DESCRITA EN NUESTRA HOJA DE ESPECIFICACIONES. ¿SE ACEPTA ESTA SOLICITUD?	SE PODRA REFERENCIAR SOLO UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA CON CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
615713	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.12.17	PUNTO 1.12.17 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA APLICACIÓN PARA CORAZON DEBE INCLUIR UNA ADQUISICIÓN SINCRONIZADA CON ECG, LA APLICACIÓN PARA CUANTIFICACIÓN DE CALCIO EN VASOS, ANGIOGRAFÍA PARA VASOS CORONARIOS, LA CUANTIFICACIÓN PARA DETERMINAR LA FUNCIÓN VENTRICULAR Y EL PROGRAMA QUE FACILITE LA PLANEACIÓN DE REEMPLAZO DE LA VALVULA AORTICA (TAVI) ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615714	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.12.23	PUNTO 1.12.23 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEREMOS INCLUIR EN LA PROPUESTA EL SOFTWARE PARA INTERVENCIONISMO GUIADO POR CT CONOCIDO COMO FLOURO CT Y EL HARDWARE PARA VISUALIZACIÓN EN SALA (MONITOR), PEDAL (PARA INICIAR EL DISPARO) Y CONTROL EN MESA O ÚNICAMENTE SUMINISTRAR UN EQUIPO QUE ESTE PREPARADO PARA ESTO EN EL FUTURO.	SE DEBE OFERTAR CON CON CRECIMIENTO A FUTURO
615715	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 PUNTO 1.13.9	PUNTO 1.13.9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL EQUIPO A OFERTAR DEBE TENER INCLUIDA TAMBIEN LA APLICACIÓN DE PERFUSIÓN CORPORAL CUYA APLICACIÓN PERMITE DETERMINAR LA CAPTACIÓN DINÁMICA DE CONTRASTE EN ZONAS ALTERNAS PARA UNA EVALUACIÓN TOTAL DE TIPO DINÁMICO ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615716	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.1.3	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR AJUSTE DE KILOVOLTAJE DE 40 A 133 KV EN 47 PASOS PREDIFINIDOS, LO CUAL ES UN RANGO DE KV SUPERIOR AL SOLICITADO. LOS 47 PASOS PROPUESTOS SE ENCUENTRAN PREDIFINIDOS Y OPTIMIZADOS PARA ALCANZAR LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN SIN RADIACIÓN INNECESARIA A LOS PACIENTES, POR LO QUE SE TRATA DE UNA MEJORA TECNOLÓGICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615717	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.2.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO SISTEMA CON UN PUNTO FOCAL DE 0.8. CON ESTE ÚNICO PUNTO FOCAL MANEJAMOS VALORES DE ALTA Y BAJA POTENCIA QUE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA SON NECESARIOS DEPENDIENDO DEL ÓRGANO EN ESTUDIO, POR LO QUE NUESTRO SISTEMA ES MÁS EFICIENTE YA QUE EL	NO SE ACEPTA

0100000

00000157



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SISTEMA NO TIENE QUE CAMBIAR DE UN PUNTO FOCAL A OTRO PARA DICHAS EXPOSICIONES. AL MISMO TIEMPO EL TAMAÑO DEL PUNTO FOCAL NOS PERMITE GENERAR MENOS CALOR EN EL TUBO GARANTIZANDO SU USO DE MANERA CONTINUA SIN SOBRECALENTARSE. ¿SE ACEPTA?	
615718	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.2.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO CON UN ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL AÑO DE 122 KHU, EL CUAL DEBIDO A SU EFICIENCIA Y BAJO CALENTAMIENTO ES SUFICIENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615719	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.2.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TUBO CON GIRO DE 165 A -165 GRADOS, LO CUAL AL SER UN EQUIPO CON BRAZO CONTRAPESADO, CUMPLE CON EL MOVIMIENTO NECESARIO PARA REALIZAR TODAS LAS TOMAS NECESARIAS EN UN AMBIENTE CLÍNICO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615720	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.3.2	ENTENDEMOS QUE LA MEMORIA INTERNA PARA IMÁGENES PUEDE INCLUIRSE EN LA UNIDAD (EQUIPO) Y QUE LAS IMÁGENES SE DEBEN ENVIAR DE FORMA INALÁMBRICA DEL DETECTOR A LA UNIDAD (EQUIPO). LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL DETECTOR INALÁMBRICO ES UN ACCESORIO DEL EQUIPO Y NO CUENTA CON DISCO DURO EN SU ESTRUCTURA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
615721	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONTROL REMOTO INALÁMBRICO YA QUE SE TRATA DE UNA MEJORA TECNOLÓGICA SOBRE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615722	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.17	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA TOUCH DE 17", LO CUAL NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615723	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.1.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO AL TÉRMINO: "FLUOROSCOPIA CONTINUA", MEDIANTE EL TÉRMINO "FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA VELOCIDAD A 30 PULSOS POR SEGUNDOS". NUESTRA ESCOPIA DE ALTA VELOCIDAD DE 30 PULSOS POR SEGUNDO ES EQUIVALENTE A LA FLUOROSCOPIA CONTINUA POR SU ALTA VELOCIDAD, LA CUAL EL OJO HUMANO PERCIBE COMO CONTINUA. ADICIONALMENTE ES UNA MEJORA TECNOLÓGICA YA QUE SE DISMINUYE LA DOSIS AL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615724	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.4.4.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE POR TEMAS DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL, NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LAS DIMENSIONES DEL ÁREA RADIOTRANSARENTE EN CM, LA CUAL EN NUESTRO SISTEMA ES DE 201CM X 53.5 CM. POR LO TANTO NUESTRA COBERTURA LONGITUDINAL DEL PACIENTE ES DE 201 CM, SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615725	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.6.1	AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL Y DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU INFORMACIÓN TÉCNICA NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO MEDIANTE LO SIGUIENTE: FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA: 30, 15, 10, 7.5 O 3 PULSOS POR SEGUNDO, MATRIZ DE 12-BIT (30 PULSOS POR SEGUNDO A ZOOM 0 Y 2) Y PARA LAS SERIES DFR(FLUORORRADIOGRAFÍA DIGITAL) Y DSA (ANGIOGRAFÍA DIGITAL SUSTRÁIDA) CON MATRIZ 1K X 1K O 1420 X 1436/12-BIT: 0.5, 1, 2, 4 O 8 IMÁGENES POR SEGUNDO (I/S: IMÁGENES/SEGUNDO). ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR, SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE SU EQUIVALENCIA
615726	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.6.2.	AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL DEL TÉRMINO: "EN TIEMPO REAL" Y DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU INFORMACIÓN TÉCNICA NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO MEDIANTE LO SIGUIENTE: DSA EN LÍNEA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
615727	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.7.1.1	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MONITORES DE ALTO CONTRASTE A COLOR DE 19 PULGADAS, YA QUE ESTOS SON APTOS PARA FLUOROSCOPIA Y NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615728	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.7.1.3	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MONITORES DE ALTO CONTRASTE A COLOR DE 19 PULGADAS Y 10 BITS, YA QUE ESTOS SON APTOS PARA FLUOROSCOPIA Y NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615729	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.8.3	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DETECTOR CON MATRIZ DE 2840 X 2874 YA QUE CADA CASA COMERCIAL MANEJA SU CADENA DE IMAGEN PARTICULAR, CON LA COMBINACIÓN DE PARAMETROS Y CARACTERÍSTICAS ÓPTIMA PARA OBTENER LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN POSIBLE ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615730	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.8.5	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DETECTOR CON PROTECCIÓN PARA LIQUIDOS IPX0, YA QUE EL DETECTOR ES FIJO DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA MESA Y ESTÁ CUBIERTO POR AMBOS LADOS POR LA MISMA. POR LO TANTO NO HAY CASO PRÁCTICO BAJO EL CUAL EL DETECTOR TENDRÍA CONTACTO CON AGUA U OTROS FLUIDOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615731	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.5.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TUBO DISIPACIÓN MÁXIMA DEL AÑO DE 40,500 HU/MIN, EL CUAL DEBIDO A SU EFICIENCIA Y BAJO CALENTAMIENTO ES SUFICIENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615732	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.5.6	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTE DATO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR ÚNICAMENTE 1 PUNTO DE LA FICHA TECNICA MEDIANTE UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE

00000158



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RENEAMIENTO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y PRESIDENTE  
DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615733	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.5.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ÁNODO DE 8520 RPM A 9300 RPM, YA QUE ESTO NO AFECTA EN LO ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615734	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.7.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE ROTACIÓN DEL BRAZO DE -180 GRADOS A +180 GRADOS, YA QUE CON ESTA ANGULACIÓN SE CUBREN LOS 360 GRADOS DE CIRCUNFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615735	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.10.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR FUERZA DE COMPRESIÓN DE 50 N A 200 N, LO CUAL SUPERA EL RANGO TOTAL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615736	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.19.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA NO CONTIENE ESTE DATO ESPECÍFICO AL SER BASADO EN UNA NOM MEXICANA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, REFERENCIAR ÚNICAMENTE 1 PUNTO DE LA FICHA TECNICA MEDIANTE UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
615737	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 3.2	ENTENDEMOS QUE EL TÉRMINO "HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES" SE REFIERE A QUE LA CONSOLA DEL OPERADOR DEL MASTOGRAFO CONTenga UNA UNIDAD DE GRABADO DE IMÁGENES EN DISCO CON VISUALIZADOR DICOM INTEGRADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE A UN GRABADOR, ROTULADOR DE IMÁGENES EXTERNO CON VISUALIZADOR DICOM
615738	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.7.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TUBO DISIPACIÓN MÁXIMA DEL ÁNODO DE 40,500 HU/MIN, EL CUAL DEBIDO A SU EFICIENCIA Y BAJO CALENTAMIENTO ES SUFICIENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615739	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.7.6	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTE DATO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA CON UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
615740	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.7.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ÁNODO DE 8520 RPM A 9300 RPM, YA QUE ESTO NO AFECTA EN LO ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615741	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.9.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE ROTACIÓN DEL BRAZO DE -180 GRADOS A +180 GRADOS, YA QUE CON ESTA ANGULACIÓN SE CUBREN LOS 360 GRADOS DE CIRCUNFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615742	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.12.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR FUERZA DE COMPRESIÓN DE 50 N A 200 N, LO CUAL SUPERA EL RANGO TOTAL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615743	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 2.2	ENTENDEMOS QUE SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO MEDIANTE UNA UNIDAD DE GRABACIÓN DE DISCOS QUE PERMITA INCLUIR UN VISUALIZADOR DICOM EN EL MISMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE A UN GRABADOR, ROTULADOR DE IMÁGENES EXTERNO CON VISUALIZADOR DICOM
615744	ABSTEL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 3.2	ENTENDEMOS QUE EL TÉRMINO "HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES" SE REFIERE A QUE LA CONSOLA DEL OPERADOR DEL MASTOGRAFO CONTenga UNA UNIDAD DE GRABADO DE IMÁGENES EN DISCO CON VISUALIZADOR DICOM INTEGRADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE A UN GRABADOR, ROTULADOR DE IMÁGENES EXTERNO CON VISUALIZADOR DICOM
615848	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.2.5. CON AL MENOS DOS CAJONES PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CAJON CON CERRADURA, EL CUÁL CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE GUARDAR OPTIMAMENTE EL MATERIAL ESCENCIAL DE LOS USUARIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615849	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.4.8.- VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN. PARA ESTE PUNTO SE ENTIENDE QUE SE REFIERE A LA VALVULA DE LIBERACION DE PRESION, ES CORRECTO ?	ES CORRECTO
615850	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.5.4.1.2.- CONTROL DE AJUSTE DE PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 12 A 100 CMH2O. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA CON PRESION LIMITE DE 10 A 80 CMH2O, LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS PARAMATEROS FISIOLÓGICOS EN PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS Y QUE NO REPRESENTAN RIESGO DE DAÑO POR BARATRUMA O VOLUTRAUMA, SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615851	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.5.4.5.- VENTILACIÓN POR PRESIÓN CON VOLUMEN GARANTIZADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "AUTOFLOW", DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA PROPIA DE LA MARCA, SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIARLO SIMPREY CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
615852	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.5.12.- PARÁMETROS DE VENTILACIÓN: MONITORIZADOS MEDIANTE MÓDULO INSERTABLE Y DESPLEGADOS NUMÉRICA O GRÁFICAMENTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARAMETROS DE VENTILACION MONITORIZADOS MEDIANTE MODULO INTERCONSTRUIDOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE FABRICANTE, YA QUE LA CARACTERISTICA QUE SOLICITA ES PROPIA DE CIERTAS MARCAS DEL MERCADO, SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

02100000

00000159



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-88-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615853	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.5.12.11.- DESPLIEGUE DE CONSUMO DE AGENTE ANESTESICO Y CÁLCULO DE COSTO POR HORA. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION , SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA CON DESPLIEGUE DE CONSUMO DE AGENTE ANESTESICO Y OFERTAR DE FORMA OPCIONAL EL CALCULO DE COSTO POR HORA, YA QUE ESTO CARACTERISTICA PROPIA DE UNA MARCA Y LIMITARIA LA PARTICIPACION , SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615854	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.7.- VAPORIZADORES DIGITALES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VAPORIZADORES DIGITALES O DE ARRASTE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA EL FABRICANTE , YA QUE ESTA CARACTERISTICA ES PROPIA DE UNA MARCA Y ESTARIA LIMITANDO LA PARTICIPACION , SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615855	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.7.1.2.- CONTROLADOS ELECTRÓNICAMENTE DESDE LA PANTALLA DEL EQUIPO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CONTROL ELECTRONICO DESDE LA PANTALLA O CONTROL DESDE EL DIAL DE VAPORIZADOR DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE , YA QUE ESTA CARACTERISTICA ES PROPIA DE UNA MARCA Y ESTARIA LIMITANDO LA PARTICIPACION , SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615856	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.8.1.2.-SOPORTE DE PARED. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE PUNTO, YA QUE AL SER UN SISTEMA DE ANESTESIA NO NECESITA TENER UN SOPORTE DE PARED PARA LA MONITORIZACION HEMODINAMICA DEL PACIENTE.	NO SE REQUIERE SOPORTE DE PARED
615857	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.8.3.2.- TAMAÑO MÍNIMO DE 15 PULGADAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA CON 6" YA QUE AL TENER UNA PANTALLA ESCLAVO DE 21" NO NECESITARIA ESTE TAMAÑO DE PANTALLA , SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE QUE SE INCLUYA EL MONITOR ESCLAVO DE 21"
615858	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	1.8.6.7.3.- AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE MANUAL ESTO CON FIN DE TENER MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD EN LOS AJUSTES DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615859	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8	1.2.5.1.- LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A CONTAR CON ILUMINACIÓN DE CAVIDADES PROFUNDAS Y MÍNIMA GENERACIÓN DE SOMBRAS. ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615860	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8	1.2.7.- TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 4000 A 5000° KELVIN O MAYOR. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ECONÓMICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE 4,400 K Y/O 5600 K. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
615861	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8	1.2.11.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 19 A 24 CM O MAYOR A 1 METRO DE LA FUENTE. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN DIAMETRO DE ILUMINACIÓN DE 20 CM. SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615862	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8	1.2.14.- PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO PARA PARED DE LA LÁMPARA CON FUNCIONES INDEPENDIENTES: PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ECONÓMICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615863	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8	1.2.14.3.- CAMBIO DE LA TEMPERATURA DE COLOR. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ECONÓMICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615864	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8	1.2.15.3.- CAMBIO DE LA TEMPERATURA DE COLOR. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ECONÓMICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615865	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.2.-CON FUENTE DE LUZ DE LED MONOCROMÁTICO ULTRABLANCO. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LEDS BLANCOS, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
615866	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.3.-TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE EN TRES PASOS DE 4300, 5100 Y 5300 KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO.PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ECONÓMICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE 4,400 K Y/O 5600 K. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
615867	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.3.-TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE EN TRES PASOS DE 4300, 5100 Y 5300 KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIANTE DE 3,800, 4,400, 5,000, 5,600 KELVIN, DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR. ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615868	DIMSA INTERPRETACION MEDICSA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.4.- INDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 96. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95. SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

02100000

00000160



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615869	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.5.1.-DIÁMETRO DEL CAMPO LUMINOSO AJUSTABLE DE 150-280 MM SIN NECESIDAD DE REENFOQUE. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR UN DIÁMETRO DE 20 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
615870	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.5.1.-DIÁMETRO DEL CAMPO LUMINOSO AJUSTABLE DE 150-280 MM SIN NECESIDAD DE REENFOQUE. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR UN DIÁMETRO AJUSTABLE DE 190 MM A 280 MM. SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615871	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.5.2.- PROFUNDIDAD CONSTANTE DEL CAMPO DE LUZ SIN REENFOQUE EN ZONA DE 1000 MM.PREGUNTA:ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A OFERTAR PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 (20 %) DE 1300 MM. SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615872	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.6.-ENERGIA RADIANTE TOTAL CON 100,000 LUXES DE 328 W/M2 Y EQUIVALENTE FOTOMÉTRICO DE RADIACIÓN DE 290 LM/W. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A IRRADIANCIA CENTRAL E22 DE 530 O MAYOR O MENOR O IGUAL A 600 W/M2. SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615873	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.7.-INTENSIDAD LUMINOSA:160,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A LA INTENSIDAD LUMÍNICA CENTRAL MÁXIMA EC. 160000 LX. ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615874	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.8.3.-POLIMERO TERMOESTABLE. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN OFERTAR PARA ESTE PUNTO POLIMERO POLIETERIMIDA. SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615875	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.9.1.-LUZ ULTRABLANCA MONOCROMÁTICA. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LUZ BLANCA. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615876	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.11.2.-TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO DE 7 HORAS. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE BATERÍA DE 3 HORAS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615877	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.11.3.- TIEMPO DE CARGA AL 100% DE 6 HORAS. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE CARGA DE 24 HORAS, DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN EQUIPO PARA USO EN EMERGENCIA. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615878	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.11.4.-FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE 7 HORAS EN SERVICIO SIN OSCILACIONES EN LA LUMINOSIDAD. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PEMRITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO TIEMPO DE USO DE 180 MINUTOS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615879	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.12.2.-CON TECLADO DE MEMBRANAS INTEGRADO A RAS EN LA CÚPULA, PARA EL CONTROL NO ESTÉRIL DE LAS FUNCIONES DE LA LÁMPARA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR. PREGUNTA: CON EL FIN DE LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CONTROL DE LA LÁMPARA DEL SOPORTE CARDÁN. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615880	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.12.3.-CUBIERTA DE CRISTAL DE CUARZO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, RALLADURAS Y AGENTES QUÍMICOS. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEME OFERTAR CRISTAL INFERIOR DE POLICARBONATO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615881	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.12.4.-CON LED ULTRABLANCOS PREGUNTA: ENTEDEMOS QUE SERÁ SUFICIENTE OFERTAR LED BLANCAS PARA CREAR UN CONO DE LUZ HOMOGÉNEA CON GRAN PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN Y MÍNIMAS SOMBRAS. ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615882	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.1.- LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS MEDIANTE TECNOLOGÍA MULTI-LENTE. PREGUNTA: ENTEDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A CONTAR CON ILUMINACIÓN DE CAVIDADES PROFUNDAS Y MÍNIMA GENERACIÓN DE SOMBRAS. ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615883	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.2.1.- 100 LED'S ULTRABLANCOS MONOCROMÁTICOS. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LEDS BLANCOS, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN BASES.
615884	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.3.- TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE: DE 4,200 A 5,500 KELVIN.PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ECONOMICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE 4,400 K/Y/O 5600 K. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615885	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.3.- TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE: DE 4,200 A 5,500 KELVIN.PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN DIAMETRO DE ILUMINACIÓN DE 20 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615886	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.4.- INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (RA) DE 96%. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95. SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615887	DIMSIA INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 150 A 280 MM. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR UN DIÁMETRO DE 20 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

00000161



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ON MEDICA SA DE CV				
615888	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 150 A 280 MM. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR UN DIÁMETRO AJUSTABLE DE 190 MM A 280 MM. SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615889	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 A 20% DE 1000 MM A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE Y SIN REENFOQUE.. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 (20%) DE 1300 MM. SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615890	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.6.- ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 525 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON UN TOTAL DE 160,000 LUXES.PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A IRRADIANCIA CENTRAL E22 DE 540 O MAYOR O IGUAL O MENOR QUE 600 W/M2. SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615891	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.7.- INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 160,000 LUXES EN CADA CABEZAL, A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE. REGULACIÓN CONTINUA DE LA INTENSIDAD LUMINOSA DESDE 40,000 HASTA 160,000 LUXES.. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A LA INTENSIDAD LUMÍNICA CENTRAL MÁXIMA EC. 160000 LX. ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615892	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.8.5.- CON FUNCIONES PARA AJUSTAR DE LA TEMPERATURA DE COLOR GIRANDO EL MANGO Y AJUSTE DEL CAMPO DE LUZ.. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615893	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.9.5.- BOTÓN PARA SELECCIÓN DE COLOR DE LA ILUMINACIÓN AMBIENTAL, HASTA 15 VARIACIONES DE COLOR.PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615894	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.5.- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS. CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ECONÓMICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL, DEBIDO A QUE EL HOSPITAL DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE LUZ EN CASO DE UNA PERDIDA DE ENERGÍA EN EL HOSPITA. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
615895	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.5.1.- GRADO MÉDICO, INTERCONSTRUIDA CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE 7 HORAS Y TIEMPO MAXIMO DE RECARGA AL 100% DE LAS BATERÍAS DE 6 HORAS COMO MÁXIMO. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE RESPALDO DE 3 HORAS, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. .
615933	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EQUIVALENTE O SUPERIOR, Y ASÍ NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
615942	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PUNTO 6. PROPUESTA TECNICA	6.1 PROPUESTA TECNICA. ANEXO 19 EN FORMATO EXCEL . NO HAY PARAMETRO EN COMPRANET PARA SUBIR EL ARCHIVO ¿ SE HABILITARA EL PARAMETRO? YA QUE INDICAN QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SEÑALADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION. O FAVOR DE INDICAR DONDE PODREMOS SUBIR EL REQUISITO SOLICITADO .	EL PARAMETRO PARA EL ANEXO 19 SE ENCUENTRA HABILITADO PARA SU CARGA POR PARTE DE LOS LICITANTES DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ANEXO 25
615943	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO 1	6.19 EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE SE SEÑALE QUE CONOCE Y ACEPTA LAS CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION. EN DADO CASO DE QUE NO SE PUDIERA REALIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS POR CAUSAS AJENAS A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS NOS PERMITIERAN ENTREGAR UN ESCRITO COMPROMETIENDONOS A REALIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO QUE EL HOSPITAL NOS INDIQUE, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER LIBERAR LA FACTURA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE. SE ACEPTA ?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LOS LICITANTES SE DEBERÁN APEGAR A LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, ASI COMO DE LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.
615944	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 1. CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. FAVOR DE ESPECIFICAR LAS MEDIDAS DEL EQUIPO QUE REQUIEREN.	EL REQUERENTE RESPONDE: LARGO 130CM, ANCHO 80CM, ALTO 220-230CM CON TOLERANCIA DEL 10%
615945	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 31. BAÑO DE FLOTACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE SER ADJUDICADOS PODER ENTREGAR EN UN PERIODO DE 120 DIAS NATURALES. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615946	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 33. MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTA CRIOSTATO MODELO HM525 NX CON LUZ UV PARA LA DESINFECCIÓN, CON HOLDER PARA TRABAJAR CUCHILLAS DEL ALTO Y BAJO PERFIL. SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO REFERENCIE TODOS LOS PUNTOS DE LA FICHA TECNICA

00000162



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
MINISTRO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PUEBLO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615947	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 33. MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. SOLICITAMOS EN CASO DE SER ADJUDICADOS ENTREGAR EN UN PLAZO DE 120 DIAS NATURALES. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
615948	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 39. REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS.SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPO DE 12 CU FT SIN GRAFICADOR MECÁNICO, ACABADO EXTERIOR EN ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA HORNEADA E INTERIOR EN ACERO LAMINADO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615949	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 38. PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS. SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PROCESADOR DE TEJIDOS CERRADO CON CAPACIDAD DE 100 A 300 CASSETTES. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO
615950	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 38. PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS. SOLICITAMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PODER ENTREGAR EN 120 DIAS NATURALES. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
615951	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 40. REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS. PODEMS OFERTAR UN EQUIPO DE 23 CU FT SIN GRAFICADOR MECÁNICO, ACABADO EXTERIOR EN ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA HORNEADA E INTERIOR EN ACERO LAMINADO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615952	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 43. EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA. SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE TINCIÓN AUTOMATIZADA CON 26 ESTACIONES DE REACTIVOS DE 320 ML DE CAPACIDAD CADA UNA, CARGA DE 20 PORTAOBJETOS DE FORMA CONTINUA, IDEAL PARA PROTOCOLOS H&E Y PAPANICOLAOU O TINCIONES ESPECIALES SIMULTÁNEAMENTE. SE ACEPTA? CAT. A81500002	NO SE ACEPTA
615953	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 43. EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA. SOLICITAMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PODER ENTREGAR EN 120 DIAS NATURALES. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615954	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL	ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS NO VIENEN DE FORMA TEXTUAL EN NUESTROS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR A TRAVÉS DE IMÁGENES QUE ESTÉN EN LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERISTICA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
615955	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO NOS SEAN POSIBLE REFERENCIAR EN CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA REFERENCIAR UN NUMERAL DE LA FICHA TECNICA CON UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
615956	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 8 PUNTO 1.2.2	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE VERTICAL CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 CM, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO SEA ABATIBLE A +/- 45° O MAYOR.
615957	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 8 PUNTO 1.2.4.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISEÑO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO LAMINAR, LIMITANDO ASÍ EL RIESGO DE INFECCIÓN Y CONTRIBUYENDO A AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE SOLICITA COMPATIBILIDAD DE FLUJO LAMINAR EN LA LÁMPARA DE CIRUGIA
615958	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 8 PUNTO 1.2.4.1	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABEZAL COMPUESTO POR TRES MÓDULOS CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, CON SUPERFICIE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN DE POLIMETACRILATO DE METILO (PMMA) RESISTENTE CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS, RALLADURAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
615959	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 8 PUNTO 1.2.5.1	NO EXISTE UNA LÁMPARA EN EL MERCADO QUE ASEGURE LA ELIMINACIÓN DE SOMBRAS, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE LA LUZ Y LA PROYECCIÓN DE LA MISMA AL ENCONTRARSE UN OBJETO ÉSTE GENERARÁ UNA SOMBRA, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR REDUCCIÓN DE SOMBRAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

001000000

00000163



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
AÑO DE

Felipe Carrillo  
PUERTO  
REPRESENTANTE DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL TRABAJO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615960	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 8 PUNTO 5.1	NUESTRA LÁMPARA NO REQUIERE DE SOFTWARE PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL NO OFERTARLO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
615961	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.3.2	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE VERTICAL DE POR LO MENOS 80 CM, CON LO CUAL SE PUEDE COLOCAR DE MANERA ERGONÓMICA PARA UNA BUEN ILLUMINACIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA ABATIBLE A +45°/-50°.
615962	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.1	NO EXISTE UNA LÁMPARA EN EL MERCADO QUE ASEGURE LA ELIMINACIÓN DE SOMBRAS, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE LA LUZ Y LA PROYECCIÓN DE LA MISMA AL ENCONTRARSE UN OBJETO ÉSTE GENERARÁ UNA SOMBRA, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR REDUCCIÓN DE SOMBRAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615963	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.2.1	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, NOS PERMITA OFERTAR 60 LED 'S COMO MINIMO, CON LO QUE SE REDUCE LA GENERACIÓN DE CALOR QUE PUEDA LLEGAR A DISPARSE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
615964	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.2.3	DEBEMOS ENTENDER QUE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL SOLICITUDO ES EL MÍNIMO Y EL OFERTAR POR ENCIMA DE ESE RANGO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
615965	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.3	ENTENDEMOS QUE LA TEMPERATURA DE COLOR DEBE ESTAR DENTRO DEL RANGO DE 4,200 A 55000 KELVIN, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR INFERIOR A 5,500 KELVIN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION
615966	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.5.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DE ILLUMINACIÓN AJUSTABLE DE 19 A 24 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
615967	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.6	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE POR LO MENOS 585 W/M2, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
615968	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.8.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR A TRAVES DE TECLAS DE MEMBRANA UBICADAS AL RAS DE LA CÚPULA DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615969	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.9.5	ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO, POR LO QUE SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	EL PANEL DE CONTROL SITUADO EN LA CUPULA DEBE PERMITIR LA VARIACION DE COLOR DE LA ILLUMINACIÓN AMBIENTAL
615970	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISEÑO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO LAMINAR, LIMITANDO ASÍ EL RIESGO DE INFECCIÓN Y CONTRIBUYENDO A AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE SOLICITA COMPATIBILIDAD DE FLUJO LAMINAR EN LA LÁMPARA DE CIRUGIA
615971	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.4.10	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABEZAL COMPUESTO POR TRES MÓDULOS CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, CON SUPERFICIE DE SALIDA DE ILLUMINACIÓN DE POLIMETACRILATO DE METILO (PMMA) RESISTENTE CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS, RALLADURAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615972	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.5	NUESTRA LÁMPARA CUENTA CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE BATERÍAS INTEGRADAS, POR LO ANTERIOR PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE SISTEMA EN LUGAR DEL UPS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
615973	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PARTIDA 10 PUNTO 1.5	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
615974	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	EN EL ENTENDIDO QUE NOS PERMITAN OFERTAR UN SISTEMA DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE BATERÍAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR RESPALDO DE POR LO MENOS 1.5 HORAS CON CARGA CONTINUA DE LAS BATERÍAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PARTIDA 10 PUNTO 1.5.1		
615975	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 1.10	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MESA, YA QUE SE PUEDE POSICIONAR AL PACIENTE DE MANERA FÁCIL Y SEGURA, DANDO CUMPLIMIENTO AL MOVIMIENTO DEL PUNTO 1.10.3. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615976	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 1.10.3	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, PODEMOS OFERTAR SISTEMA ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615977	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 1.10.3	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, PODEMOS OFERTAR UN ACCESORIO Y/O SISTEMA ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA
615978	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 1.10.3	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, ENTENDEMOS QUE ESTE ACCESORIO CONTARÁ CON UNA SECCIÓN MÁS DE LA MESA SOLICIDAD EN EL PUNTO 1.10. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FUE NEGATIVA
615979	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 1.10.5	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS SON LOS MÍNIMOS REQUERIDOS, Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
615980	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 1.10.5	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR PIERNAS ABATIBLES DE +10 A -90 GRADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615981	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 1.13	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MATERIAL DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACERO INOXIDABLE
615982	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 1.13	ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO, POR LO QUE SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACERO INOXIDABLE
615983	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 1.13.3	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO CON EL MOVIMIENTO FLEX DE LA MESA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
615984	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO 1.13.7 Y 1.14.1	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTOS DOS PUNTOS SON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y QUE PODEMOS OFERTAR DESPLAZAMIENTO LONGITUD DEL TABLERO DE POR LO MENOS 22 CM PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMBOS PUNTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615985	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO 1.15 Y 1.15.1	ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR UNO DE LOS DOS SISTEMAS DE EMERGENCIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA, DEBE OFERTARSE AMBOS SISTEMAS DE EMERGENCIA
615986	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 2.1.8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE ACCESORIO DE DIFERENTE MARCA DE LA MESA, SIEMPRE Y CUANDO ASEGUREMOS LA COMPATIBILIDAD DE LA MESA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
615987	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 2.1.9	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO LA FUNCIONALIDAD DEL ACCESORIO PERMITA LA TOMA DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
615988	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 2.1.9	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOPORTE PARA CHASIS CON FIJACIÓN AL RIEL LATERAL, CON LO CUAL SE ASEGURA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CHASIS PARA LA PLACA Y LA TOMA CORRECTA DE LA MISMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LA RESPUESTA FUE POSITIVA
615989	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 2.1.10	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MATERIAL DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACERO INOXIDABLE

00900165



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
615990	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PARTIDA 15 PUNTO 2.1.10	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE QUE SE COLOQUE EN LA SECCIÓN DE PELVIS DE LA MESA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	FUE POSITIVA
615991	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 51 PUNTO 3.1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, EN PARTICULAR SOLICITAMOS AMABLEMENTE, NOS PERMITA OFERTAR CARTUCHO DE AGENTE ESTERILIZANTE AL 59% (10 CARTUCHOS). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
615992	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 52 PUNTO 1.4	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR CON ACCESO PARA EL SERVICIO POR LA PARTE FRONTAL, CON ESTA CONFIGURACIÓN SE TIENE LA VENTAJA DE QUE SE PUEDEN INSTALAR VARIOS ESTERILIZADORES UNO JUNTO A OTRO SIN ESPACIO ENTRE ELLOS, LO QUE REDUCE DRÁSTICAMENTE EL ÁREA REQUERIDA PARA LA INSTALACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615993	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 52 PUNTO 1.10	CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, EN PARTICULAR, SOLICITAMOS PODER OFERTAR AISLAMIENTO DE LANA MINERAL CON ESPESOR DE 30 MM CON UN REVESTIMIENTO RÍGIDO DE ALUMINIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
615994	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 52 PUNTO 1.12.2.1.3	ENTENDEMOS QUE SE REFIERE CICLOS POR GRAVEDAD. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
615995	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 52 PUNTO 1.12.2.1.3	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO QUE ES UN CICLO QUE NO ES DE USO COMÚN POR LO QUE NO LO TIENEN TODOS LOS FABRICANTES. ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA ANTERIOR ES POSITIVA
615996	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 52 PUNTO 1.12.3.4.4.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, DEBIDO A QUE ES UN CICLO QUE ESTÁ EN DESUSO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615997	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS. TODAS LAS PARTIDAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA REFERENCIAR MEDIANTE IMÁGENES, LOS PUNTOS TÉCNICOS DONDE NO SEA POSIBLE POR MEDIO DE TEXTO. ¿SE ACEPTA?	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
615998	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS. TODAS LAS PARTIDAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO PARA LOS PUNTOS TÉCNICOS DONDE NO SEA POSIBLE HACERLO DE MANERA TEXTUAL NI MEDIANTE IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
615999	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA, PUNTO 1.4.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR COMO "NO APLICA" PARA ESTE PUNTO, INDICANDO QUE SE OFERTA TECNOLOGÍA QUE NO REQUIERE UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA SELLADO DE VASOS. EL EQUIPO CUENTA CON MODOS OPERATIVOS Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON LAS SALIDAS BIPOLARES PARA REALIZAR EL SELLADO, LO CUAL RESULTA INTUITIVO Y DE FÁCIL MANEJO PARA EL USUARIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
616000	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA, PUNTO 1.4.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA AVANZADA QUE CUENTA CON ENTRADAS PARA LA CONEXIÓN DE INSTRUMENTOS BIPOLARES, ASÍ COMO INSTRUMENTOS PARA SELLADO DE VASOS EN EL MISMO RECEPTÁCULO, RESULTANDO BENEFICIOSO AL TENER PUERTOS INTUITIVOS CON CONTROLES INDEPENDIENTES DE ACTIVACIÓN Y POTENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
616001	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA, PUNTO 1.4	DICE: SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADA), ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, NO ES IMPRESCINDIBLE UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA CUMPLIR CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? LA TECNOLOGÍA OFERTADA REALIZA PROCESO DE SELLADO CORRECTAMENTE CON LAS SALIDAS QUE DISPONE.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
616002	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA, PUNTO 1.4.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON PUERTOS DE SALIDA QUE REALIZAN ACTIVACIÓN BIPOLAR Y ADEMÁS SELLADO DE VASOS, RESULTA PRESCINDIBLE UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO, EL TENER MÚLTIPLES PUERTOS DE CONEXIÓN PUEDE OCASIONAR CONFUSIÓN PARA EL USUARIO FINAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
616003	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA, PUNTO 1.4.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA DE REALIZAR SELLADO DE VASOS POR MEDIO DE INSTRUMENTOS, SIENDO ESTOS COMPATIBLES CON LOS PUERTOS DE SALIDA BIPOLAR, ASÍ COMO, MODOS DE TRABAJO QUE CUBREN CON LO REQUERIDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
616004	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24, TODOS LOS PUNTOS	¿ES ACEPTABLE HACER REFERENCIAS CON DIFERENCIA DE TERMINOLOGÍA EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE PARA RESPALDAR NUESTRA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LICITACIÓN?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616005	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24, TODOS LOS PUNTOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE UTILIZAR TÉRMINOS/CONCEPTOS DIRECTAMENTE PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE PARA RESPALDAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE NUESTRA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA LICITACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616006	INSTRUMENTACION MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA, PUNTO 1.4.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR COMO "NO APLICA" PARA ESTE PUNTO, INDICANDO QUE SE OFERTA TECNOLOGÍA QUE NO REQUIERE UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA SELLADO DE VASOS. EL EQUIPO CUENTA CON MODOS	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO  
SEÑORAMIENTO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				OPERATIVOS Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON LAS SALIDAS BIPOLARES PARA REALIZAR EL SELLADO, LO CUAL RESULTA INTUITIVO Y DE FÁCIL MANEJO PARA EL USUARIO ¿SE ACEPTA?	
616007	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, PUNTO 1.4.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA AVANZADA QUE CUENTA CON ENTRADAS PARA LA CONEXIÓN DE INSTRUMENTOS BIPOLARES, ASÍ COMO INSTRUMENTOS PARA SELLADO DE VASOS EN EL MISMO RECEPTÁCULO, RESULTANDO BENEFICIOSO AL TENER PUERTOS INTUITIVOS CON CONTROLES INDEPENDIENTES DE ACTIVACIÓN Y POTENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616008	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, PUNTO 1.4	DICE: SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADA), ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, NO ES IMPRESCINDIBLE UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA CUMPLIR CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? LA TECNOLOGÍA OFERTADA REALIZA PROCESO DE SELLADO CORRECTAMENTE CON LAS SALIDAS QUE DISPONE.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616009	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, PUNTO 1.4.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON PUERTOS DE SALIDA QUE REALIZAN ACTIVACIÓN BIPOLAR Y ADEMÁS SELLADO DE VASOS, RESULTA PRESCINDIBLE UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO, EL TENER MÚLTIPLES PUERTOS DE CONEXIÓN PUEDE OCASIONAR CONFUSIÓN PARA EL USUARIO FINAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616010	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, PUNTO 1.4.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA DE REALIZAR SELLADO DE VASOS POR MEDIO DE INSTRUMENTOS, SIENDO ESTOS COMPATIBLES CON LOS PUERTOS DE SALIDA BIPOLAR, ASÍ COMO, MODOS DE TRABAJO QUE CUBREN CON LO REQUERIDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616011	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25, TODOS LOS PUNTOS	¿ES ACEPTABLE HACER REFERENCIAS CON DIFERENCIA DE TERMINOLOGÍA EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE PARA RESPALDAR NUESTRA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LICITACIÓN?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616012	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25, TODOS LOS PUNTOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE UTILIZAR TÉRMINOS/CONCEPTOS DIRECTAMENTE PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE PARA RESPALDAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE NUESTRA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616033	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO, ENTREGA DE MUESTRAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER UNA MUESTRA DE LA PARTIDA 2 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANICIACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO EN SITIO, ESTO CON LA FINALIDAD DE HACER UNA MEJOR MUESTRA DEL BIEN QUE OFERTAMOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
616034	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4. FORMATOS Y ANEXOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR, QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACION LOS FORMATOS Y ANEXOS DEBERÁN SER REPRODUCIDOS POR CADA LICITANTE INCLUYENDO LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA
616035	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN, SUB NUMERAL 15	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (SAT 32-D) CON FECHA ENTRE LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, TODA VEZ QUE, LA VIGENCIA DE LA OPINIÓN SOLICITADA EN ESTE NUMERAL ES DE 30 DÍAS. ADEMÁS, SE CORRE CON EL RIESGO DE QUE NO SE CARGUE LA PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN NUMERL 15 "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO (S.A.T.) (32-D) VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES." CONSIDERANDO QUE LOS TREINTA DÍAS DE VIGENCIA ESTEN DENTRO DEL DÍA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
616036	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE CUMPLE ESTE REQUISITO PRESENTADO ORDENES DE SERVICIO DE CONTRATOS FORMALIZADOS, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, DONDE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO POR MI REPRESENTADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTA PARA EL PUNTO 6.14 SUBNUMERAL 4 Y DEBERÁ TAMBIEN CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LOS DEMAS NUMERALES DEL PUNTO 6.14 (1,2,3)
616037	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.16 CUMPLIMIENTO DE LA NOM-229-SSA1-2002	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE EN ALGUNA DE LAS PARTIDAS QUE APLIQUE, SE PODRÁ PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA DE REPRESENTANTE	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NO APLIQUE

00000167



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ECONÓMICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SALUD MX SA DE CV			LEGAL DE MI REPRESENTADA CON LA LEYENDA "NO APLICA". FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPUESTO.	
616038	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	6.3.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA	DICE: LA PROPOSICIÓN TÉCNICA SERÁ ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET, ESTA DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. YA QUE NUESTRA PROPUESTA SE ENVIARÁ A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS PRESENTAR FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
616039	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. DEL PUNTO 1.2.2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR CARRO ROJO CON DIMENSIONES DE ALTURA ENTRE 90 CM Y 100 CM +/- 3CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, DEBE SER ALTURA ENTRE 90 Y 100CM, ±3CM
616040	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. DEL PUNTO 1.4.2.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR UN CARGADOR DE LA MISMA MARCA DE LA BATERÍA RECARGABLE OFERTADA. LA PROPUESTA NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA NI ECONÓMICA DEL BIEN SOLICITADO, YA QUE NO INTERFIERE EN EL CORRECTO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ASEGURANDO SU ÓPTIMA FUNCIONALIDAD Y DIFERENTES APLICACIONES Y USOS DEL EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616041	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. DEL PUNTO 1.6.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EL PLAZO MÁXIMO SEA DE 20 SEGUNDOS, LO ANTERIOR PERMITE EVITAR EN GRAN MEDIDA POSIBLES ACCIDENTES CON EL PACIENTE Y EL PERSONAL CLÍNICO, ANTE EL MANEJO DE ALTAS ENERGÍAS QUE CON UN MAYOR PLAZO PUEDEN PROVOCAR UN PUNTEO DE ENERGÍA QUE PUEDE AFECTAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL CLÍNICO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
616042	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. PUEDA AFECTAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL CLÍNICO. ¿SE ACEPTA? DEL PUNTO 1.6.5 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE CARGA PARA MÁXIMA ENERGÍA SEA DE MENOS DE 5 JOULES, DEBIDO A QUE UN PLAZO DE 10 JOULES PUEDE NO SER EFICAZ AL EMPLEARSE EN EMERGENCIA LO QUE PUEDE RETRASAR LA PRONTA ATENCIÓN DE DESFIBRILACIÓN AL PACIENTE, QUE PUEDE AFECTAR EN LA CALIDAD DE RESPUESTA DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616043	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. DEL PUNTO 1.8.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR LA SELECCIÓN ENTRE 6 DERIVACIONES (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF) Y UNA SÉPTIMA CON LA DERIVACIÓN DEFI, EN EL ENTENDIDO QUE EL EMPLEO DE ESTAS DERIVACIONES SON LAS RELEVANTES PARA EL ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS Y EVENTOS CARDIACOS, Y EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE (REANIMACIÓN, CARADIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN) SE CUMPLIRÍA SATISFACTORIAMENTE. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
616044	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. DEL PUNTO 1.9.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR LA SELECCIÓN ENTRE 6 DERIVACIONES (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF) Y UNA SÉPTIMA CON LA DERIVACIÓN DEFI, EN EL ENTENDIDO QUE EL EMPLEO DE ESTAS DERIVACIONES SON LAS RELEVANTES PARA EL ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS Y EVENTOS CARDIACOS, Y EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE (REANIMACIÓN, CARADIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN) SE CUMPLIRÍA SATISFACTORIAMENTE. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
616045	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. DEL PUNTO 1.9.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR CABLE TRONCAL EN CONJUNTO CON EL CABLE DE PACIENTE PARA ECG, ES DECIR, AMBOS EN UNA PIEZA, LO ANTERIOR NO AFECTA LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, AL CUMPLIR CON EL MISMO PROPOSITO QUE ES LA MEDICIÓN DE ECG DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA DE AL MENOS 5 PUNTAS
616046	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. DEL PUNTO 1.9.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR CABLE DE PACIENTE DE 4 PUNTAS, EN EL ENTENDIDO QUE PERMITEN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN AMPLIA Y NECESARIA PARA EL ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS Y EVENTOS CARDIACOS, Y EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE (REANIMACIÓN, CARADIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN) SE CUMPLIRÍA SATISFACTORIAMENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES

00000000

00000168



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RELEVANTE DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSA  
DEL TRABAJO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616047	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. DEL PUNTO 1.15 SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR CABLE DE PACIENTE DE 4 PUNTAS, EN EL ENTENDIDO QUE PERMITEN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN AMPLIA Y NECESARIA PARA EL ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS Y EVENTOS CARDIACOS, Y EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE (REANIMACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN) SE CUMPLIRÍA SATISFACTORIAMENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
616048	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 2. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. DEL PUNTO 2.1 SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR LA CANTIDAD SOLICITADA DE PALAS INTERNAS. ENTENDEMOS QUE, EN LA PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁ DE INTEGRARSE EL REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN CASO DE APLICAR, DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, PARA ASEGURAR QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN SANITARIA CORRESPONDIENTE DE FABRICACIÓN, ENVASADO E IMPORTACIÓN DE CADA UNO DE LOS BIENES OFERTADOS, QUE CUMPLAN CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y PROTEGER LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES GARANTIZANDO QUE LOS PRODUCTOS SEAN SEGUROS, EFICACES Y DE BUENA CALIDAD, AL SER DESTINADOS PARA USO HUMANO; ASÍ COMO VERIFICAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESCENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD. LO ANTERIOR COMO LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SALUD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REQUIERE UN JUEGO DE PALAS PARA PACIENTES ADULTOS, ASI MISMO DEBERA PRESENTAR LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS PARA TODOS LOS BIENES SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA
616049	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. 2.4.2 SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA A OFERTAR DETECTA Y DESPLIEGA LA SENSIBILIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE MILLISEGUNDOS POR DIVISIÓN (MS/DIV) EN UN INTERVALO DE 0.1 MS/DIV A 5 SEG/DIV, QUE, DETECTA Y DESPLIEGA LA MISMA SEÑAL ADQUIRIDA DEL PACIENTE CON NOMENCLATURA Y SOFTWARE PROPIO PARA LA FÁCIL INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
616050	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. 2.4.3 SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, FUNDAMENTADO EN QUE SOLO UNA MARCA EN EL MERCADO CUMPLE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, PARA OBTENER UNA RELACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL FLUIDA Y SIN RETRASOS RESPECTO AL FILTRO BAJO, SE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 48 KHZ, LA CUAL BRINDA UN MEJOR CONTROL DE LA MISMA, YA QUE CON LA RESOLUCIÓN A OFERTAR LO CUAL ES TECNOLOGÍA SUPERIOR, NOS OFRECE UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LA SEÑAL ADQUIRIDA DEL PACIENTE, POR LO CUAL NO REQUIERE UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 60 KHZ, LO ANTERIOR NO LIMITA EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL EQUIPO EN CUMPLIMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
616051	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. 2.4.4.2 SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON UN FILTRO ALTO QUE CUBRE EL RANGO DE 30 HZ A 20 KHZ, ESTE RANGO MAXIMIZA LA FIDELIDAD DE LA SEÑAL, DEBIDO A QUE EL ANCHO DE BANDA DE LA SEÑAL DEL EMG SE UBICA EN EL RANGO DE 40 A 10 KHZ, CUMPLIENDO AMPLIAMENTE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616052	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 8. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. DEL PUNTO 1.2.6.1. ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE BRINDE UNA TEMPERATURA DE 5500 GRADOS KELVIN CUMPLE CON LA ESPECIFICACION "LED ULTRA BLANCO" YA QUE EL COLOR DE ILUMINACIÓN ES BLANCO LUZ NATURAL, ADEMÁS DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA ES UNA LÁMPARA MULTICOLOR, POR LO QUE CUENTA CON 50% DE LEDS AMARILLOS: LUZ BLANCA CÁLIDA Y 50% LEDS BALNCOS: LUZ BLANCA FRÍA, POR LO QUE REFERENCIAR DICHAS CARACTERÍSTICAS PARA ESTE PUNTO NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	NO ES CORRECTO DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
616053	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 8. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. DEL PUNTO 1.2.11.2 ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE: L1+L2 A 60% DE 495 MM NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616054	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 8. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. SE ENTIENDE QUE EL PUNTO 1.2.14.4 SE REPITE CON EL PUNTO 1.2.15.4. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO. UNO SE REFIERE AL PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO PARA PARED Y EL OTRO PARA PANEL DE CONTROL EN LA LÁMPARA AMBOS CONTROLES DEBEN CUMPLIR CON LOS SUBNUMERALES DE CADA PUNTO
616055	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 8. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. DEL PUNTO 1.3.9.1. ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE BRINDE UNA TEMPERATURA DE 5500 GRADOS KELVIN CUMPLE CON LA ESPECIFICACION "LUZ ULTRABLANCA" YA QUE EL COLOR DE ILUMINACIÓN ES BLANCO LUZ NATURAL, ADEMÁS	NO EXISTE PUNTO 1.3.9.1 EN LA PARTIDA 8

00000169



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAYOR

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SALUD MX SA DE CV			DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA ES UNA LÁMPARA MULTICOLOR, POR LO QUE CUENTA CON 50% DE LEDS AMARILLOS: LUZ BLANCA CÁLIDA Y 50% LEDS BALNCOS: LUZ BLANCA FRÍA, POR LO QUE REFERENCIAR DICHAS CARACTERÍSTICAS PARA ESTE PUNTO NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
616056	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 8. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO SOLICITADO, NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
616057	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. DEL PUNTO 1.2.1. TODA VEZ QUE LA FUNCIÓN DE ROTACIÓN PUEDE SER CUMPLIDA SI LA BASE O EL BRAZO ROTAN, AL TRATARSE DE UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA, SIN QUE ELLO AFECTE EL FUNCIONAMIENTO NI EL FIN PARA EL CUAL FUE DISEÑADO EL EQUIPO, CONFORME AL ARTICULO 29 DE LAASSP CON LA FINALIDAD DE NO ESTABLECER REQUISITOS QUE LIMITEN "EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA", SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA VERSIÓN MÓVIL, QUE CUENTE CON CUATRO RUEDAS EN LA BASE POSICIONADAS ESTRATÉGICAMENTE PARA HACER UNA ROTACIÓN DE 360°. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616058	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. DEL PUNTO 1.3.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE: L1+L2 A 20% DE 945 MM, YA QUE DE ACUERDO CON EL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD (CENETEC) QUE ESTABLECE EN LA "GUÍA TECNOLÓGICA NO. 14 PARA LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"; EL CAMPO ILUMINADO DEBE DE TENER UNA PROFUNDIDAD DE CAMPO DE TRABAJO DE 70 CM COMO MÍNIMO, SIENDO ASI, SUPERIOR, POR LO QUE NO AFECTA LA CALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616059	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. DEL PUNTO 1.3.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR REFERENCIAR UNA TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 3500 A 5500 GRADOS KELVIN, YA QUE ESTE RANGO ABARCA DIVERSAS TONALIDADES DE BLANCO, DESDE BLANCO CÁLIDO HASTA BLANCO DEL DÍA. ADEMÁS, LA TECNOLOGÍA OFERTADA ES UNA LÁMPARA MULTICOLOR QUE CUENTA CON UN 50% DE LEDS AMARILLOS (LUZ BLANCA CÁLIDA) Y UN 50% DE LEDS BLANCOS (LUZ BLANCA FRÍA). ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616060	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. DEL PUNTO 1.3.3 SE ENTIENDE QUE AL OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE BRINDA UNA SELECCIÓN DE TEMPERATURA EN CINCO PASOS: 3500, 4000, 4500, 5000 Y 5500 GRADOS KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO, CONTANDO, POR LO TANTO, CON UN RANGO MÁS AMPLIO PARA ESTE PUNTO, ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR DEMOSTRANDO QUE ES TECNOLOGÍA SUPERIOR, SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES
616061	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. DEL PUNTO 1.3.5.2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE: L1+L2 A 20% DE 945 MM, YA QUE DE ACUERDO CON EL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD (CENETEC) QUE ESTABLECE EN LA "GUÍA TECNOLÓGICA NO. 14 PARA LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"; EL CAMPO ILUMINADO DEBE DE TENER UNA PROFUNDIDAD DE CAMPO DE TRABAJO DE 70 CM COMO MÍNIMO, SIENDO ASI, SUPERIOR, POR LO QUE NO AFECTA LA CALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616062	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. 1.3.8.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA: MANGO DE PLÁSTICO (POLIMERO) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR, LO QUE INDICA QUE ES TERMOESTABLE AL SOPORTAR TEMPERATURAS DE HASTA 134°C. LO ANTERIOR CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616063	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. DEL PUNTO 1.3.9.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR REFERENCIAR LEDS DE UNA LÁMPARA MULTICOLOR CONTANDO CON UN 50% DE LEDS AMARILLOS (LUZ BLANCA CÁLIDA) Y UN 50% DE LEDS BLANCOS (LUZ BLANCA FRÍA), YA QUE CUMPLE CON LAS TEMPERATURAS DE COLOR DE FORMA MONOCROMATICA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616064	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. DEL PUNTO 1.3.11.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UNA BATERIA DOBLE INTEGRADA AL PEDESTAL CON TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO DE 7 HORAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616065	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. DEL PUNTO 1.3.11.3 ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR UN TIEMPO DE RECARGA DEL 100% INFERIOR AL ESPECIFICADO EN LA CÉDULA, ESTAMOS PRESENTANDO UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DEBIDO A QUE EL TIEMPO DE CARGA ES SIGNIFICATIVAMENTE MENOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA TIEMPO DE CARGA MENOR, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS HORAS DE USO SOLICITADAS EN EL PUNTO ANTERIOR

02100000

00000170



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616066	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR A LO SOLICITADO, NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
616067	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 9. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. 1.3.12.4 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR CABEZAL LA CARACTERÍSTICA: CON LED CON TEMPERATURA DE COLOR DE HASTA 5,500 °K, QUE HACE REFERENCIA A UNA TEMPERATURA MUY FRIA LO QUE NOS INDICA QUE LA LUZ ES MAS BLANCA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616068	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL. DEL PUNTO 1.4.2.1 CONFORME AL ARTICULO 29 DE LAASSP CON LA FINALIDAD DE NO ESTABLECER REQUISITOS QUE LIMITEN "EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, ÉSTA CUENTA CON UNA CONFIGURACIÓN DE 54 LEDS MULTICOLOR, CON UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL 50% DE LEDS AMARILLOS QUE PROPORCIONAN UNA LUZ BLANCA CÁLIDA, Y EL 50% DE LEDS BLANCOS QUE EMITEN UNA LUZ BLANCA FRÍA, BRINDANDO POR LO TANTO UNA ILUMINACIÓN DE 160,000 LUXES, POR LO QUE OFERTAR DICHAS CARACTERISTICAS NO COMPROMETEN LA CALIDAD NI EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
616069	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL. DEL PUNTO 1.4.5.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 170 A 290 MILÍMETROS, LA PROPUESTA NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA SOLICITADA, AL ENCONTRARSE MUY CERCA DE LOS RANGOS SOLICITADOS, QUE NO REPRESENTA UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616070	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL. DEL PUNTO 1.4.5.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE: L1+L2 A 20% DE 915 MM, YA QUE DE ACUERDO CON EL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD (CENETEC) QUE ESTABLECE EN LA "GUÍA TECNOLÓGICA NO. 14 PARA LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"; EL CAMPO ILUMINADO DEBE DE TENER UNA PROFUNDIDAD DE CAMPO DE TRABAJO DE 70 CM COMO MÍNIMO, SIENDO ASI, SUPERIOR, POR LO QUE NO AFECTA LA CALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616071	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL. ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR A LO SOLICITADO, NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
616072	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL. DEL PUNTO 1.4.9.5. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA: BOTÓN PARA SELECCIÓN DE COLOR DE A ILUMINACIÓN AMBIENTAL, CON VARIACIÓN DE LUZ DE 3000 A 5000 LUXES, LA PROPUESTA NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, YA QUE LA ILUMINACIÓN AMBIENTAL AL EMPLEARSE PARA CIRUGÍAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS, NO SE REQUIERE DE UN AMPLIO RANGO O TIPOS DE VARIACIONES DE LUZ. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
616073	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 15. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. DEL PUNTO 1.13 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, AL SOLICITAR CARACTERÍSTICAS MUY ESPECÍFICAS, PERMITA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA: CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. LA PROPUESTA PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE AL ESTAR CONSTRUIDA CON UN MATERIAL DISEÑADO PARA SU USO HOSPITALARIO EN LAS DIFERENTES APLICACIONES. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACERO INOXIDABLE
616074	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 15. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. DEL PUNTO 2.1.10 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, AL SOLICITAR CARACTERÍSTICAS MUY ESPECÍFICAS, PERMITA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA: CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUIDA EN LA MESA DE SECCIÓN DE PELVIS, ÚTIL PARA LA RECOLECCIÓN DE LIQUIDOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, LA CUAL ES DESMONTABLE PARA DESCONTAMINACIÓN. LA PROPUESTA PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE AL ESTAR CONSTRUIDA CON UN MATERIAL DISEÑADO PARA SU USO HOSPITALARIO EN LAS DIFERENTES APLICACIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616075	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.2.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 3 CONTACTOS Y UN CONTACTO MÚLTIPLE DE GRADO MÉDICO DE 4 CONTACTOS GARANTIZANDO LA NO SUSTRACCIÓN DE ESTE MISMO, DANDO COMO SUMA EL TENER 7 CONTACTOS, ESTO PARA LA MAYOR COLOCACIÓN DE EQUIPOS QUE NECESITE EL PERSONAL MEDICO. LO ANTERIOR PERMITE BRINDAR MAYOR CANTIDAD DE CONECTORES, SIN AFECTAR LA AUTONOMÍA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE QUE SEAN INTERCONSTRUIDOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL

00000171



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MUNDO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616076	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.2.9 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MANÓMETROS NEUMÁTICOS Y/O ELÉCTRICO, LA PROPUESTA PERMITE TENER UNA MEJOR PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN DEL GAS MEDICINAL DE LA TOMA MURAL DEL HOSPITAL, ESTO AYUDA A BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616077	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.2.11 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE LA ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO SE MANTIENE EN UNA SOLA INTENSIDAD, ESTO PARA PODER PROPORCIONARLE AL USUARIO UNA MEJOR VISIBILIDAD A LA PRERARACIÓN DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, CIRCUITO DEL PACIENTE O ACTIVIDAD QUE NECESITE REALIZAR EL PERSONAL MEDICO. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616078	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.3.1.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR FLUJÓMETROS NEUMÁTICOS Y/O ELÉCTRICOS, LA PROPUESTA PERMITE TENER UNA MEJOR PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN DEL GAS MEDICINAL DE LA TOMA MURAL DEL HOSPITAL, ESTO AYUDA A BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616079	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.3.1.4 ENTENDEMOS EN ESTE PUNTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL EQUIPO PUEDA REALIZAR EL DESPLIEGUE FIO2 ESTABLECIDA POR EL PERSONAL MEDICO MIENTRAS SE REALIZA LA VENTILACIÓN AL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
616080	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.4.8 ENTENDEMOS EN ESTE PUNTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL EQUIPO CUENTA CON UNA VALVULA PARA LA DESCOMSACIÓN DE FLUJO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
616081	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.5.3.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UN TAMAÑO DE PANTALLA DE AL MENOS DE 10.4" ESTO PERMITE AL USUARIO UNA AMPLIA VISUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS DATOS RELEVANTES CONCENTRADOS EN LA PANTALLA SIN INTERFERIR EN EL DESGLOSE Y GRÁFICOS DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, LA PROPUESTA NO AFECTA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, YA QUE BRINDA UNA AMPLIA VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS Y MOSTRADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO OFERTE EL PUNTO 1.8.1.1.
616082	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.5.4.1.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PRESIÓN PICO" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA PROPIA DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616083	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.5.4.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PRESIÓN CONTROL" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA PROPIA DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616084	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.5.4.3.4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA SENSIBILIDAD POR FLUJO DE 0.5 A 10 L/MIN , ESTO DEBIDO QUE AL TENER UNA SENSIBILIDAD MENOR NO TIENE UN SOPORTE ESTABLE PARA EL PACIENTE.DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
616085	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.5.13.11 DERIVADO QUE EL MODO BYPASS CARDIACO O CBM ES UN ESTADO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA DONDE EL PACIENTE SE ENCUENTRA OXIGENADO CON UNA FUENTE EXTRACORPOREA Y LAS ALARMAS SE AJUSTAN A PARÁMETROS NORMALES PARA ESA SITUACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA MAQUINA DE ANESTESIA QUE CUENTE CON TECNOLOGÍA PROGRAMABLE DE ESTADO DE SUS ALARMAS A LOS NIVELES FISIOLÓGICOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO LA INHABILITACIÓN DE LAS ALARMAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616086	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.7 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VAPORIZADORES DE CONTROL NEUMÁTICOS Y/O ELÉCTRICO LA PROPUESTA PERMITE TENER UNA MEJOR PRECISIÓN EN EL AGENTE ANESTESICO PARA LA MEDICIÓN Y PARA EL SUMINISTRO DE ESTE MISMO. DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616087	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.8.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA ACLARAR ESTE PUNTO, EN DONDE SE REFIERE AL MISMO MONITOR DE SIGNOS VITALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

15100800

00000172



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PAÍS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SALUD MX SA DE CV				
616088	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.8.1.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE LA COMUNICACIÓN SEA DE MANERA ALAMBRIKA, ESTO DEBIDO A QUE LA RECEPCION DE LOS DATOS ES MAS RÁPIDO Y EVITA LA PERDIDA DE CONEXIÓN POR RUIDO EXTERNO QUE PUDIESE TENER. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616089	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.8.6.2 AL 1.8.6.2.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTOS PUNTO SE PUEDA VISUALIZAR EN LA MAQUINA DE ANESTESIA, YA QUE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR CUENTA CON UN MODULO DE GASES INTEGRADO Y CUENTA CON LA FUNCIONALIDAD DE VISUALIZAR LA CAPNÓGRAFIA, ASÍ COMO TENIENDO LA INFORMACIÓN CONCENTRADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS, FACILITANDO EL USO DEL MANEJO AL PERSONAL MÉDICO Y EVITANDO EL ENCARECIMIENTO DEL EQUIPO AL SOLICITARLO EN EL MONITOR MODULAR DE SIGNOS VITALES. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616090	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.8.6.9 AL 1.8.6.9.6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTOS PUNTOS SE PUEAN VISUALIZAR EN LA MAQUINA DE ANESTESIA, YA QUE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR CUENTA CON UN MODULO DE GASES INTEGRADO CONTANDO CON LA FUNCIONALIDAD DE VISUALIZAR EL DESPLIEGUE DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO, DESPLIEGUE NUMERICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO, IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS, DESPLIEGUE NUMERICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GAS ANESTÉSICO INSPIRADO Y ESPIRADO, DESPLIEGUE NUMERICA DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MINIMA, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS SIMULTANEOS Y DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÁS ALTA, ASÍ COMO TENIENDO LA INFORMACIÓN CONCENTRADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS, FACILITANDO EL USO DEL MANEJO AL PERSONAL MÉDICO Y EVITANDO EL ENCARECIMIENTO DEL EQUIPO AL SOLICITARLO EN EL MONITOR MODULAR DE SIGNOS VITALES. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616091	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.8.6.10 AL 1.8.6.10.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR A TRAVÉS DE UN MONITOR CUANTITATIVO DE TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR QUE UTILIZA ACELEROMETRÍA TRIAXIAL PARA PROPORCIONAR DATOS CUANTITATIVOS EN TIEMPO REAL, CON LOS MODOS DE TREN DE CUATRO ESTÍMULOS, ESTIMULACIÓN TETÁNICA, DOBLE RÁFAGA, AUTOMÁTICO, MARCA: XAVANT TECHNOLOGY, MODELO: STIMPOD. ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616092	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.8.7.8 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE PUEDA VISUALIZAR EN LA MAQUINA DE ANESTESIA, YA QUE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR CUENTA CON UN MODULO DE GASES INTEGRADO Y CUENTA CON LA FUNCIONALIDAD DE VISUALIZAR LOS GASES ANESTÉSICOS, ASÍ COMO TENIENDO LA INFORMACIÓN CONCENTRADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS, FACILITANDO EL USO DEL MANEJO AL PERSONAL MÉDICO Y EVITANDO EL ENCARECIMIENTO DEL EQUIPO AL SOLICITARLO EN EL MONITOR MODULAR DE SIGNOS VITALES. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616093	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 1.8.7.9 DERIVADO QUE EL MODO BYPASS CARDIACO O CBM ES UN ESTADO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA DONDE EL PACIENTE SE ENCUENTRA OXIGENADO CON UNA FUENTE EXTRACORPÓREA Y LAS ALARMAS SE AJUSTAN A PARÁMETROS NORMALES PARA ESA SITUACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA PROGRAMABLE DE ESTADO DE SUS ALARMAS A LOS NIVELES FISIOLÓGICOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616094	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA DE EQUIPO MÉDICO	PARTIDA 22. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. 2.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE EL SENSOR DE FLUJO ESTA INTEGRADO Y NO REQUIERE SENSORES DE FLUJO EXTRA. LO ANTERIOR, NO AFECTA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL CUMPLIR CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, YA QUE LO CONTIENE DE MANERA INTEGRADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERENTES.
616114	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 51. ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO. SOLICITAMOS PODER OFERTAR AUTOCLAVE DE BAJA TEMPERATURA DE 410 L DE CAPACIDAD INTER DE DOBLE PUERTA CON FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE BOTELLAS DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 150 ML. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616115	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHAS TECNICAS	PARTIDA 51. ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO. SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI LOS CONTROLES BIOLÓGICOS TIENEN QUE SER DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA A 30 MIN O 2 HORAS, O CONTROLES BIOLÓGICOS DE LECTURA VISUAL A 24 HORAS?	LOS CONTROLES BIOLÓGICOS DEBERÁN SER DE LECTURA RÁPIDA
616116	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y	ECONÓMICO	6.3.2 PROPOSICION ECONOMICA	ANEXO 14. SE HABILITARA UN PARAMERTO PARA SUBIR EL ARCHIVO EN PDF Y OTRO PARA EL ARCHIVO EN EXCEL?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE EN EL MISMO PÁRAMETRO SE PODRAN SUBIR LOS ARCHIVOS EN PDF Y EN EL FORMATO EXCEL

00000173



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	LABORATORIO SA DE				CONFORME AL ANEXO 14 PROPOSICIÓN ECONOMICA.
616282	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS. TODOS LOS PUNTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INCLUIR EN LA PROPUUESTA TÉCNICA ÚNICAMENTE AQUELLAS PÁGINAS USADAS PARA REFERENCIAR LOS PUNTOS TÉCNICOS SOLICITADOS, ESTO PARA PODER PERMITIR UN MENOR PESO EN LOS ARCHIVOS DE LA PROPOSICIÓN Y FACILITAR LA BÚSQUEDA DE LOS PUNTOS A SEÑALAR, ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA PRESENTAR, CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A OFERTAR.
616283	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTAR AL MENOS 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y A FUTURO HASTA 64 PACIENTES. ACORDE A LA VISITA REALIZADA A LAS INSTALACIONES EL DÍA 23 DE JULIO DE 2024 Y CONSIDERANDO QUE A LA CENTRAL DE MONITOREO SE VAN A CONECTAR ÚNICAMENTE 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES, DEBIDO A QUE EN EL ÁREA DESIGNADA PARA SU INSTALACIÓN NO HAY ESPACIOS PARA UN CRECIMIENTO DE UN NÚMERO MAYOR DE CUBÍCULOS CAMA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CONECTAR LAS CINCO UNIDADES DE MONITOREO REQUERIDAS EN EL NÚMERAL 1.17 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO PARA CONECTAR 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES O MAYOR ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616284	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.3.- MONITOREO CENTRAL CON DOS PANTALLAS TÁCTILES DE 24" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD TFT O SUPERIOR, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO). ACORDE A LA VISITA REALIZADA A LAS INSTALACIONES EL DÍA 23 DE JULIO DE 2024 Y CONSIDERANDO QUE A LA CENTRAL DE MONITOREO SE VAN A CONECTAR ÚNICAMENTE 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES, DEBIDO A QUE EN EL ÁREA DESIGNADA PARA SU INSTALACIÓN NO HAY ESPACIOS PARA UN CRECIMIENTO DE UN NÚMERO MAYOR DE CUBÍCULOS CAMA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON UNA SOLA PATALLA TÁCTIL 24" O MAYOR A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O SUPERIOR, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE UNA PANTALLA ADICIONAL Y DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA PRIMARA DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE LOS MONITORES DE CABECERA INCLUYENDO MARCA Y MODELO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
616285	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.7.- ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS DE HASTA 30 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616286	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.9.- CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 10 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616287	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.10.- CAPTURA, REVISIÓN DE DATOS Y VISUALIZACIÓN COMPLETA DE 10 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CAPTURAR, REVISAR Y VSUALIZAR DATOS COMPLETOS HASTA POR 120 HORAS POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS, UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616288	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.7.2.- FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DE ACUERDO CON SU SOLICITUD DE ACCESORIOS PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO PUNTO "2.5.- CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS (2 UNIDADES)." NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE MÍNIMO DE HASTA 7 DERIVACIONES, ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	NO SE ACEPTA
616289	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS:	PUNTO 1.14 UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS DE AL MENOS 15 MINUTOS PARA LA CENTRAL, (INCLUIR MARCA Y MODELO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS CONFIRME QUE LA UPS QUE SOLICITAMOS EN ESTE PUNTO DEBERÁ SER GRADO MÉDICO Y COMO MÍNIMO CON 15 MINUTOS DE RESPALDO Y LA GARANTÍA SERÁ DE 3 AÑOS COMO LO REQUERIE EL PUNTO GARANTÍA DEL BIEN EN EL NÚMERAL 1. ¿ES ESTO CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616290	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS:	PUNTO 1.16.1.- DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ACORDE A LA REDACCIÓN DE ESTE PUNTO, POR FAVOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR EN FOLLETOS, MANUALES O CATÁLOGOS QUE LAS CENTRAL DE MONITOREO CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR HARDWARE Y SOFTWARE COMO UN CRECIMIENTO A FUTURO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616291	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS:	PUNTO 1.17.13.1- POR MEDIO DE MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM. ACORDE A LA REDACCIÓN DE ESTE PUNTO, POR FAVOR SOLICITAMOS A LA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

00000174



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

SECRETARÍA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE PODRÁ OFERTAR LA MEDICIÓN POR MEDIO DE MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
616292	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.14.- EEG. ACORDE AL NÚMERO DE MONITORES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.17, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE EEG (ELECTROENCEFALOGRAFÍA) POR CADA CENTRAL DE MONITOREO SOLICITADA Y QUE A SU VEZ SEA COMPATIBLES Y DE LA MISMA MARCA CON CADA UNO DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES OFERTADOS QUE INTEGRAN LA PARTIDA, YA QUE LA MONITORIZACIÓN DE ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERA COMO UN PARÁMETRO DE MONITOREO AVANZADO, SIN QUE LÍMITE SU USO CON LA CENTRAL DE MONITOREO O LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
616293	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.14.- EEG. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA MEDICIÓN DEL EEG DEBERÁ SER A TRAVÉS DEL MÓDULO DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR Y CENTRAL DE MONITOREO, PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y LA LECTURA DE LOS PARÁMETROS ADQUIRIDOS QUE SERÁN COMO MÍNIMO DE 8 CANALES. ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616294	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.14.4.- EEG. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA MEDICIÓN DEL EEG EL CABLE DEBERÁ SER DE AL MENOS 8 PUNTAS PARA 8 CANALES.	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616295	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.15 CON OPCIÓN A FUTURO DE MÓDULO DE ÍNDICE BISPECTRAL DE LA MISMA MARCA QUE EL MONITOR. ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616296	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.16. GASTO CARDÍACO. ACORDE AL NÚMERO DE MONITORES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.17, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE GASTO CARDÍACO POR CADA CENTRAL DE MONITOREO SOLICITADA Y QUE A SU VEZ RESULTA COMPATIBLE Y DE LA MISMA MARCA CON CADA UNO DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE INTEGRAN LA PARTIDA, ESTO SIN QUE LÍMITE SU USO CON LA CENTRAL DE MONITOREO O LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
616297	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.17.- ESPIROMETRÍA: (SE DEBE TENER LA OPCIÓN TANTO EN EL MONITOR COMO EN LA UNIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS SUBPUNTOS DEL PUNTO 17.17 DE UN PACIENTE). ACORDE A LA REDACCIÓN DEL PUNTO, ENTENDEMOS QUE ESTE SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ SER CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616298	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.17.- ESPIROMETRÍA: (SE DEBE TENER LA OPCIÓN TANTO EN EL MONITOR COMO EN LA UNIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS SUBPUNTOS DEL PUNTO 17.17 DE UN PACIENTE). ACORDE A LA REDACCIÓN DEL PUNTO ENTENDEMOS QUE SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO, POR ELLO Y COLO COMO REFERENCIACIÓN QUE EL MONITOR CUENTA CON LA OPCIÓN A FUTURO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: MONITORIZACIÓN DE LA FASE ESPIRATORIA O LA FASE INSPIRATORIA DE LA RESPIRACIÓN ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616299	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.28.- SISTEMA PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED CON TRES GRADOS DE LIBERTAD. NOS DIRIJIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA MENCIONAR QUE DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES REALIZADA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2024 Y PARA EL ÁREA EN DONDE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ INSTALAR LA CANTIDAD DE MONITORES DESCRITA EN EL NUMERAL 1.17 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (5 UNIDADES) SE HIZO MENCIÓN QUE ESTOS DEBERÁN IR MONTADOS SOBRE LA PARED, SIN EMBARGO Y DEBIDO AL PESO QUE TIENE CADA MONITOR Y EL BRAZO DE PALANCA QUE EJERCE SOBRE EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE PARED CON TRES GRADOS DE LIBERTAD Y QUE LOS MUROS SON DE TABLAROCA Y NO ESTÁN DISEÑADOS PARA EL ANCLAJE DE SOPORTES U OTROS COMPONENTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA O LAS PAREDES DE TABLAROCA EN DONDE SERÁN FIJADOS LOS SOPORTES DEL(OS) MONITOR(ES)	EL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA O LAS PAREDES DE TABLAROCA EN DONDE SERÁN FIJADOS LOS SOPORTES SE LLEVARÁ A CABO POR LA UNIDAD HOSPITALARIA.
616300	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616301	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. ACORDE A LA REDACCIÓN DE ESTE NUMERAL, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR EN FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O MANUALES QUE A FUTURO LA CENTRAL DE MONITOREO Y/O MONITOR TENDRÁ LA CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. ENTENDIÉNDOSE QUE UN DISPOSITIVO PUEDE SER UNA TABLET, PC O SMARTPHONE EN PLATAFORMA IOS, ANDROID O WINDOWS ¿ESTO ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616302	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO, SE DEBERÁ REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

00000175



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616303	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. EN ESTE PUNTO SOLICITAN QUE LA CENTRAL DE MONITOREO Y SUS MONITORES TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. POR ELLO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, QUE LOS 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS SOLICITADOS EN EL NÚMERAL 1.17 DE LA PARTIDA EN REFERENCIA, DEBERÁN SER INTERCONECTADOS A LA CENTRAL DE MONITOREO A TRAVÉS DE CABLE ETHERNET Y/O WIFI, PARA QUE SE PUEDAN COMUNICAR ENTRE MONITORES O DEL MONITOR A LA CENTRAL O VICEVERSA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS MONITORES Y LA CENTRAL DE MONITOREO DEBERAN ESTAR INTERCONECTADOS DE FORMA ALAMBRICA
616304	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. PUNTO 1.17.30.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. REVISANDO LO SOLICITADO EN AMBOS NUMERALES 1.17.29 Y 1.17.30 AMBOS TIENEN UNA CORRELACIÓN IMPORTANTE, NO SOLO PARA SU CRECIMIENTO A FUTURO EN LAS FUNCIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE QUE SE PUEDAN IMPLEMENTAR, SINO DESDE SU RAÍZ E INSTALACIÓN INICIAL. ES DECIR Y BAJO LA CONCEPTUALIZACIÓN DESCRITA EN EL NÚMERAL 1.1 DEL ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA EN MECIÓN QUE DICE: LA CENTRAL PERMITE LA MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LOS SIGNOS VITALES Y LOS TRANSMITE DE LOS MONITORES, POR ELLO Y BAJO ESE CONCEPTO LOS MONITORES DEBEN ESTAR CONECTADOS BAJO UNA RED ETHERNET O WIFI PARA QUE SE PUEDAN COMUNICAR ENTRE MONITORES Y/O MONITOR CON LA CENTRAL DE MONITOREO CON COMUNICACIÓN BILATERAL. POR LO ANTES DESCRITO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, POR FAVOR NOS INDIQUE ¿SÍ LOS NODOS DE RED INCLUYENDO TODO EL CABLE NECESARIO Y/O PUNTOS DE ACCESO WIFI, ASÍ COMO EL SWITCH CON AL MENOS 12 PUERTOS ACTIVOS COMO MÍNIMO (5 PARA CONEXIÓN DE LOS 5 MONITORES, 5 LIBRES PARA EXPANSIÓN Y 2 PARA REDUNDANCIA), EL RACK PARA EL MONTAJE DEL SWITCH, LA CANALETAS PARA TENDIDO DE CABLE ETHERNET SOBRE PLAFON EN CASO DE NO REQUERIR WIFI Y LAS ADECUACIONES DE ÁREA, SERÁN REALIZADAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA UNIDAD HOSPITALARIA LA PASTORA O CORRERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO?	EL NODO PRINCIPAL CORRERA POR LA UNIDAD HOSPITALARIA, MIENTRAS QUE LA COLOCACIÓN DEL SWITCH, INSTALACIÓN Y CABLEADO CORRERA POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.
616305	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.30. CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616306	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.18.- UNIDAD DE RESPALDO UPS DE AL MENOS 1 HORA. EN EL NÚMERAL 1.14 DE LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 3 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (5 MONITORES) SE SOLICITA UNA UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS DE AL MENOS 15 MINUTOS PARA LA CENTRAL, (INCLUIR MARCA Y MODELO) CONSIDERAMOS QUE ESTE PUNTO 1.18 ESTA DUPLIADO. POR ELLO POR FAVOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SOLAMENTE SE DEBERÁ OFERTAR UNA SOLA UPS GRADO MÉDICO CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE AL MENOS 15MINUTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 1.14 Y 1.18 ¿ES CORRECTO?	DEBERA OFERTAR UNA UPS PARA LA CENTRAL DE MONITOREO DE AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO.
616307	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	3.- CONSUMIBLES, PUNTO 3.3.- PARA ÍNDICE BIESPECTRAL, 50 SENSORES DESECHABLES ADULTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE CONSUMIBLE NO SE DEBERÁ INCLUIR, YA QUE EN EL PUNTO 1.17.15 LO DESCRIBE COMO OPCIÓN A FUTURO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, LA CENTRAL DEBE DE TENER ÍNDICE BIESPECTRAL, DEBERÁ CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.3, AMBOS LOS DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA
616308	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	3.- CONSUMIBLES, PUNTO 3.5.- PARA ESPIROMETRÍA, 20 SENSORES DE FLUJO DESECHABLE PARA ADULTO, LÍNEAS PARA ESPIROMETRÍA POR PACIENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE CONSUMIBLE NO SE DEBERÁ INCLUIR, YA QUE EN EL PUNTO 1.17.17 LO DESCRIBE COMO OPCIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES OPCIONAL PRESENTAR ESTE CONSUMIBLE.
616309	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	GARANTÍA DEL BIEN:	1.- LA GARANTÍA DEBE CUBRIR TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO INCLUYENDO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES, POR UN TIEMPO MÍNIMO DE 3 AÑOS, A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA E INSTALACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA GARANTÍA ES COMO MÍNIMO DE 3 AÑOS PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA PARTIDA.	EL TIEMPO DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DEBERÁ CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.2 "FICHA TECNICA" APARTADO GARANTÍA DEL BIEN DE CADA PARTIDA.
616310	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	GARANTÍA DEL BIEN:	1.- LA GARANTÍA DEBE CUBRIR TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO INCLUYENDO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES, POR UN TIEMPO MÍNIMO DE 3 AÑOS, A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA E INSTALACIÓN. DERIVADO DE LA VISITA REALIZADA A LAS INSTALACIONES EL DÍA 23 DE JULIO DE 2024 Y QUE NO ESTÁN DEFINIDOS LOS TIEMPOS, ALCANCES DE ADECUACIONES DE ÁREA Y RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA GARANTÍA SEA 3 AÑOS (36 MESES) A PARTIR DE SU INSTALACIÓN SIEMPRE Y CUANDO LA INSTALACIÓN NO SEA MAYOR A 6 MESES A PARTIR DEL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.

07100000

00000176



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616311	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	MANTENIMIENTO:	2.- EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SERÁ DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DEL EQUIPO (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA). SIENDO COMO MÍNIMO DE DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DEL PUNTO Y QUE HACE ÉNFASIS QUE EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SERÁ DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DEL EQUIPO QUE INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, SIENDO DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y QUE ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL FABRICANTE SE ACEPTE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AÑO Y QUE INCLUYA LAS REFACCIONES Y MANO DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DESCRITO EN EL PUNTO GARANTÍA DEL BIEN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
616312	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	4.- CARTA DE APOYO:	ACORDE A ESTE NÚMERAL Y LOS SUB-NUMERALES (PUNTO Y SUB-PUNTOS) ENTENDEMOS QUE EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS DESCRITOS, SIEMPRE SE DEBERA PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y SI EL LICITANTE OFERTANTA NO PRESENTE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, ACOMPAÑADA A LA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO, SECUNDARIO O AUTORIZADO, SU PROPUESTA TÉCNICA SERA DESECHADA. ¿ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
616313	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	4.- CARTA DE APOYO:	PUNTO 4.3.- DISTRIBUIDOR SECUNDARIO QUE COMPRA DIRECTAMENTE A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ACORDE A LO DESCRITO EN ESTE NÚMERAL, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ ANEXAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA LA CARTA DE APOYO EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO AL DISTRIBUIDOR SECUNDARIO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616314	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	"ANEXO TÉCNICO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO" NÚMERAL: PUNTO 6.4.- CARTA DE APOYO. ACORDE A ESTE NÚMERAL Y EN RELACIÓN A LOS INCISOS A), B) Y C) ENTENDEMOS QUE EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS DESCRITOS, SIEMPRE SE DEBERA PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. POR LO QUE SI EL OFERENTE NO PRESENTE LA CARTA DE APOYO ACORDE LO TÁCITAMENTE DESCRITO EN LOS INCISOS ANTES MENCIONADOS SU PROPUESTA TÉCNICA SERA DESECHADA. ¿ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
616315	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	NÚMERAL 1.2.- MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LOS SIGUIENTES TRATADOS: ACORDE A LO DESCRITO EN ESTE NÚMERAL, ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MISMO, SOLO SE ACEPTARÁN PROPUESTA EN LAS QUE LOS EQUIPOS CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN II DE LA LAASSP. ES DECIR QUE NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS QUE DESDE SU ORIGEN NO SEAN 100% FABRICADOS MÁS NO ENSAMBLADOS Y DEMOSTRABLE EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, CONFORME A LOS ALCANCES LEGALES DEL PUNTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE SOLICITA AL LICITANTE QUE REFORMULE SU PREGUNTA A EFECTO DE DAR OPORTUNA RESPUESTA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ES CLARA
616316	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTAR AL MENOS 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y A FUTURO HASTA 64 PACIENTES. ACORDE A LA VISITA REALIZADA A LAS INSTALACIONES EL DÍA 23 DE JULIO DE 2024 Y CONSIDERANDO QUE A LA CENTRAL DE MONITOREO SE VAN A CONECTAR ÚNICAMENTE 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES, DEBIDO A QUE EN EL ÁREA DESIGNADA PARA SU INSTALACIÓN NO HAY ESPACIOS PARA UN CRECIMIENTO DE UN NÚMERO MAYOR DE CUBÍCULOS CAMA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CONECTAR LAS CINCO UNIDADES DE MONITOREO REQUERIDAS EN EL NÚMERAL 1.17 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO PARA CONECTAR 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES O MAYOR ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. PARA ESTA CENTRAL SE DEBERAN CONECTAR LOS SEIS MONITORES SOLICITADOS EN FICHA TÉCNICA
616317	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.3.- MONITOREO CENTRAL CON DOS PANTALLAS TÁCTILES DE 24" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD TFT O SUPERIOR, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO). ACORDE A LA VISITA REALIZADA A LAS INSTALACIONES EL DÍA 23 DE JULIO DE 2024 Y CONSIDERANDO QUE A LA CENTRAL DE MONITOREO SE VAN A CONECTAR ÚNICAMENTE 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES, DEBIDO A QUE EN EL ÁREA DESIGNADA PARA SU INSTALACIÓN NO HAY ESPACIOS PARA UN CRECIMIENTO DE UN NÚMERO MAYOR DE CUBÍCULOS CAMA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON UNA SOLA PATALLA TÁCTIL 24" O MAYOR A COLOR CON TECNOLOGÍA LCD, TFT O SUPERIOR, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE UNA PANTALLA ADICIONAL Y DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA PRIMARA DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE LOS MONITORES DE CABECERA INCLUYENDO MARCA Y MODELO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN BASES. PARA ESTA CENTRAL SE DEBERAN CONECTAR LOS SEIS MONITORES SOLICITADOS EN FICHA TÉCNICA
616318	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.7.- ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS DE HASTA 30 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616319	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.9.- CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 10 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO

00000177



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007976-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
FELIPE CARRILLO  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MARX

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616320	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.10.- CAPTURA, REVISIÓN DE DATOS Y VISUALIZACIÓN COMPLETA DE 10 DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CAPTURAR, REVISAR Y VISUALIZAR DATOS COMPLETOS HASTA POR 120 HORAS POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS, UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616321	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.7.2.- FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DE ACUERDO CON SU SOLICITUD DE ACCESORIOS PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO PUNTO "2.5.- CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS (2 UNIDADES)." NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE MÍNIMO DE HASTA 7 DERIVACIONES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
616322	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS:	PUNTO 1.14 UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS DE AL MENOS 15 MINUTOS PARA LA CENTRAL, (INCLUIR MARCA Y MODELO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS CONFIRME QUE LA UPS QUE SE SOLICITA EN ESTE PUNTO DEBERÁ SER GRADO MÉDICO Y COMO MÍNIMO CON 15 MINUTOS DE RESPALDO Y LA GARANTÍA SERÁ DE 3 AÑOS COMO LO REQUERIE EL PUNTO GARANTÍA DEL BIEN EN EL NUMERAL 1. ¿ES ESTO CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616323	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS:	PUNTO 1.16.1.- DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ACORDE A LA REDACCIÓN DE ESTE PUNTO, POR FAVOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR EN FOLLETOS, MANUALES O CATÁLOGOS QUE LAS CENTRAL DE MONITOREO CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR HARDWARE Y SOFTWARE COMO UN CRECIMIENTO A FUTURO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616324	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS:	PUNTO 1.17.13.1.- POR MEDIO DE MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM. ACORDE A LA REDACCIÓN DE ESTE PUNTO, POR FAVOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE PODRÁ OFERTAR LA MEDICIÓN POR MEDIO DE MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616325	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.14.- EEG. ACORDE AL NÚMERO DE MONITORES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.17, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE EEG (ELECTROENCEFALOGRAFÍA) POR CADA CENTRAL DE MONITOREO SOLICITADA Y QUE A SU VEZ SEA COMPATIBLES Y DE LA MISMA MARCA CON CADA UNO DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES OFERTADOS QUE INTEGRAN LA PARTIDA, YA QUE LA MONITORIZACIÓN DE ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERA COMO UN PARÁMETRO DE MONITOREO AVANZADO, SIN QUE LÍMITE SU USO CON LA CENTRAL DE MONITOREO O LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
616326	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.14.- EEG. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA MEDICIÓN DEL EEG DEBERÁ SER A TRAVÉS DEL MÓDULO DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR Y CENTRAL DE MONITOREO, PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y LA LECTURA DE LOS PARÁMETROS ADQUIRIDOS QUE SERÁN COMO MÍNIMO DE 8 CANALES. ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616327	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.14.4.- EEG. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA MEDICIÓN DEL EEG EL CABLE DEBERÁ SER DE AL MENOS 8 PUNTAS PARA 8 CANALES.	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616328	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.15 CON OPCIÓN A FUTURO DE MÓDULO DE ÍNDICE BISPECTRAL DE LA MISMA MARCA QUE EL MONITOR. ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, LA CENTRAL DEBE DE TENER ÍNDICE BISPECTRAL, DEBERÁ CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.3, AMBOS LOS DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA
616329	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.16. GASTO CARDÍACO. ACORDE AL NÚMERO DE MONITORES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.17, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE GASTO CARDÍACO POR CADA CENTRAL DE MONITOREO SOLICITADA Y QUE A SU VEZ RESULTA COMPATIBLE Y DE LA MISMA MARCA CON CADA UNO DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE INTEGRAN LA PARTIDA, ESTO SIN QUE LÍMITE SU USO CON LA CENTRAL DE MONITOREO O LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
616330	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.17.- ESPIROMETRÍA: (SE DEBE TENER LA OPCIÓN TANTO EN EL MONITOR COMO EN LA UNIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS SUBPUNTOS DEL PUNTO 17.17 DE UN PACIENTE). ACORDE A LA REDACCIÓN DEL PUNTO, ENTENDEMOS QUE ESTE SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ SER CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL MODULO DE ESPIROMETRIA SERA OPCIONAL
616331	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.17.- ESPIROMETRÍA: (SE DEBE TENER LA OPCIÓN TANTO EN EL MONITOR COMO EN LA UNIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS SUBPUNTOS DEL PUNTO 17.17 DE UN PACIENTE). ACORDE A LA REDACCIÓN DEL PUNTO ENTENDEMOS QUE SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO, POR ELLO Y COLO COMO REFERENCIACIÓN QUE EL MONITOR CUENTA CON LA OPCIÓN A FUTURO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: MONITORIZACIÓN DE LA FASE ESPIRATORIA O LA FASE INSPIRATORIA DE LA RESPIRACIÓN ¿SE ACEPTA?	EL MODULO DE ESPIROMETRIA SERA OPCIONAL

00000178



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616332	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.28.- SISTEMA PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED CON TRES GRADOS DE LIBERTAD. NOS DIRIJIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA MENCIONAR QUE DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES REALIZADA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2024 Y PARA EL ÁREA EN DONDE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ INSTALAR LA CANTIDAD DE MONITORES DESCRITA EN EL NUMERAL 1.17 MONITOR DE SINGOS VITALES AVANZADO (5 UNIDADES) SE HIZO MENCIÓN QUE ESTOS DEBERÁN IR MONTADOS SOBRE LA PARED, SIN EMBARGO Y DEBIDO AL PESO QUE TIENE CADA MONITOR Y EL BRAZO DE PALANCA QUE EJERCE SOBRE EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE PARED CON TRES GRADOS DE LIBERTAD Y QUE LOS MUROS SON DE TABLAROCA Y NO ESTÁN DISEÑADOS PARA EL ANCLAJE DE SOPORTES U OTROS COMPONENTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA O LAS PAREDES DE TABLAROCA EN DONDE SERÁN FIJADOS LOS SOPORTES DEL(OS) MONITOR(ES)	EL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA O LAS PAREDES DE TABLAROCA EN DONDE SERÁN FIJADOS LOS SOPORTES SE LLEVARÁ A CABO POR LA UNIDAD HOSPITALARIA.
616333	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616334	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. ACORDE A LA REDACCIÓN DE ESTE NUMERAL, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR EN FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O MANUALES QUE A FUTURO LA CENTRAL DE MONITOREO Y/O MONITOR TENDRÁ LA CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. ENTENDIENDOSE QUE UN DISPOSITIVO PUEDE SER UNA TABLET, PC O SMARTPHONE EN PLATAFORMA IOS, ANDROID O WINDOWS ¿ESTO ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616335	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO, SE DEBERÁ REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616336	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. EN ESTE PUNTO SOLICITAN QUE LA CENTRAL DE MONITOREO Y SUS MONITORES TENGAN LA CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. POR ELLO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, QUE LOS 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS SOLICITADOS EN EL NÚMERAL 1.17 DE LA PARTIDA EN REFERENCIA, DEBERÁN SER INTERCONECTADOS A LA CENTRAL DE MONITOREO A TRAVÉS DE CABLE ETHERNET Y/O WIFI, PARA QUE SE PUEDAN COMUNICAR ENTRE MONITORES O DEL MONITOR A LA CENTRAL O VICEVERSA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS 6 MONITORES Y LA CENTRAL DE MONITOREO DEBERAN ESTAR INTERCONECTADOS DE FORMA ALAMBRICA.
616337	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.29.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. PUNTO 1.17.30.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. REVISANDO LO SOLICITADO EN AMBOS NUMERALES 1.17.29 Y 1.17.30 AMBOS TIENEN UNA CORRELACIÓN IMPORTANTE, NO SOLO PARA SU CRECIMIENTO A FUTURO EN LAS FUNCIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE QUE SE PUEDAN IMPLEMENTAR, SINO DESDE SU RAÍZ E INSTALACIÓN INICIAL. ES DECIR Y BAJO LA CONCEPTUALIZACIÓN DESCRITA EN EL NUMERAL 1.1 DEL ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA EN MECIÓN QUE DICE: LA CENTRAL PERMITE LA MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LOS SIGNOS VITALES Y LOS TRANSMITE DE LOS MONITORES, POR ELLO Y BAJO ESE CONCEPTO LOS MONITORES DEBEN ESTAR CONECTADOS BAJO UNA RED ETHERNET O WIFI PARA QUE SE PUEDAN COMUNICAR ENTRE MONITORES Y/O MONITOR CON LA CENTRAL DE MONITOREO CON COMUNICACIÓN BILATERAL. POR LO ANTES DESCRITO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, POR FAVOR NOS INDIQUE ¿SÍ LOS NODOS DE RED INCLUYENDO TODO EL CABLE NECESARIO Y/O PUNTOS DE ACCESO WIFI, ASÍ COMO EL SWITCH CON AL MENOS 12 PUERTOS ACTIVOS COMO MÍNIMO (5 PARA CONEXIÓN DE LOS 5 MONITORES, 5 LIBRES PARA EXPANSIÓN Y 2 PARA REDUNDANCIA), EL RACK PARA EL MONTAJE DEL SWITCH, LA CANALETAS PARA TENDIDO DE CABLE ETHERNET SOBRE PLAFON EN CASO DE NO REQUERIR WIFI Y LAS ADECUACIONES DE ÁREA, SERÁN REALIZADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA UNIDAD HOSPITALARIA LA PASTORA O CORRERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO?	EL NODO PRINCIPAL CORRERA POR LA UNIDAD HOSPITALARIA, MIENTRAS QUE LA COLOCACIÓN DEL SWITCH, INSTALACIÓN Y CABLEADO CORRERA POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.
616338	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.17.30. CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616339	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	PUNTO 1.18.- UNIDAD DE RESPALDO UPS DE AL MENOS 1 HORA. EN EL NUMERAL 1.14 DE LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 3 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (5 MONITORES) SE SOLICITA UNA UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS DE AL MENOS 15 MINUTOS PARA LA CENTRAL, (INCLUIR MARCA Y MODELO) CONSIDERAMOS QUE ESTE PUNTO 1.18 ESTA DUPLIADO. POR ELLO POR	DEBERA OFERTAR UNA UPS PARA LA CENTRAL DE MONITOREO DE AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO. PARA ESTA CENTRAL SE DEBERAN CONECTAR LOS SEIS

0000017



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONAL NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				FAVOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SOLAMENTE SE DEBERÁ OFERTAR UNA SOLA UPS GRADO MÉDICO CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE AL MENOS 15MINUTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 1.14 Y 1.18 ¿ES CORRECTO?	MONITORES SOLICITADOS EN FICHA TÉCNICA
616340	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	3.- CONSUMIBLES, PUNTO 3.3.- PARA ÍNDICE BIESPECTRAL, 50 SENSORES DESECHABLES ADULTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE CONSUMIBLE NO SE DEBERÁ INCLUIR, YA QUE EN EL PUNTO 1.17.15 LO DESCRIBE COMO OPCIÓN A FUTURO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, LA CENTRAL DEBE DE TENER ÍNDICE BIESPECTRAL, DEBERÁ CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.3, AMBOS LOS DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA
616341	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.	3.- CONSUMIBLES PUNTO 3.5.- PARA ESPIROMETRÍA, 20 SENSORES DE FLUJO DESECHABLE PARA ADULTO, LÍNEAS PARA ESPIROMETRÍA POR PACIENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE CONSUMIBLE NO SE DEBERÁ INCLUIR, YA QUE EN EL PUNTO 1.17.17 LO DESCRIBE COMO OPCIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES OPCIONAL PRESENTAR ESTE CONSUMIBLE.
616342	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	GARANTÍA DEL BIEN:	1.- LA GARANTÍA DEBE CUBRIR TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO INCLUYENDO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES, POR UN TIEMPO MÍNIMO DE 3 AÑOS, A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA E INSTALACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA GARANTÍA ES COMO MÍNIMO DE 3 AÑOS PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA PARTIDA.	EL TIEMPO DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DEBERÁ CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.2 "FICHA TECNICA" APARTADO GARANTÍA DEL BIEN DE CADA PARTIDA.
616343	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	GARANTÍA DEL BIEN:	1.- LA GARANTÍA DEBE CUBRIR TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO INCLUYENDO ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES, POR UN TIEMPO MÍNIMO DE 3 AÑOS, A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA E INSTALACIÓN. DERIVADO DE LA VISITA REALIZADA A LAS INSTALACIONES EL DÍA 23 DE JULIO DE 2024 Y QUE NO ESTÁN DEFINIDOS LOS TIEMPOS, ALCANCES DE ADECUACIONES DE ÁREA Y RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA GARANTÍA SEA 3 AÑOS (36 MESES) A PARTIR DE SU INSTALACIÓN SIEMPRE Y CUANDO LA INSTALACIÓN NO SEA MAYOR A 6 MESES A PARTIR DEL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
616344	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	MANTENIMIENTO:	2.- EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SERÁ DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DEL EQUIPO (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA). SIENDO COMO MÍNIMO DE DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DEL PUNTO QUE HACE ÉNFASIS QUE EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SERÁ DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DEL EQUIPO QUE INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, SIENDO DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y QUE ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL FABRICANTE SE ACEPTE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AÑO Y QUE INCLUYA LAS REFACCIONES Y MANO DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DESCRITO EN EL PUNTO GARANTÍA DEL BIEN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
616345	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	4.- CARTA DE APOYO:	ACORDE A ESTE NÚMERO Y LOS SUB-NUMERALES (PUNTO Y SUB-PUNTOS) ENTENDEMOS QUE EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS DESCRITOS, SIEMPRE SE DEBERA PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y SI EL LICITANTE OFERTANTA NO PRESENTE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, ACOMPAÑADA A LA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO, SECUNDARIO O AUTORIZADO, SU PROPUESTA TÉCNICA SERA DESECHADA. ¿ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
616346	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	4.- CARTA DE APOYO:	PUNTO 4.3.- DISTRIBUIDOR SECUNDARIO QUE COMPRA DIRECTAMENTE A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ACORDE A LO DESCRITO EN ESTE NUMERAL, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ ANEXAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA LA CARTA DE APOYO EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO AL DISTRIBUIDOR SECUNDARIO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616347	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	"ANEXO TÉCNICO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO", NUMERAL: 6.4.- CARTA DE APOYO. ACORDE A ESTE NÚMERO Y EN RELACIÓN A LOS INCISOS A), B) Y C) ENTENDEMOS QUE EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS DESCRITOS, SIEMPRE SE DEBERA PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. POR LO QUE SI EL OFERENTE NO PRESENTE LA CARTA DE APOYO ACORDE LO TÁCITAMENTE DESCRITO EN LOS INCISOS ANTES MENCIONADOS SU PROPUESTA TÉCNICA SERA DESECHADA. ¿ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
616348	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	NUMERAL 1.2.- MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CARÁCTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LOS SIGUIENTES TRATADOS. ACORDE A LO DESCRITO EN ESTE NUMERAL, ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MISMO, SOLO SE ACEPTARÁN PROPUESTA EN LAS QUE LOS EQUIPOS CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN II DE LA LAASSP. ES DECIR QUE NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS QUE DESDE SU ORIGEN NO SEAN 100% FABRICADOS MÁS NO ENSAMBLADOS Y DEMOSTRABLE EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, CONFORME A LOS ALCANCES LEGALES DEL PUNTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE SOLICITA AL LICITANTE QUE REFORMULE SU PREGUNTA A EFECTO DE DAR OPORTUNA RESPUESTA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ES CLARA
616349	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 2.4.3. FRECUENCIA DE MUESTREO DE 60,000 HZ O MAYOR POR CANAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, ESTA MEDIDA PUEDA SER REFERENCIADA DE ACUERDO CON LAS UNIDADES EXPRESADAS DE CADA FABRICANTE EN SU DOCUMENTACIÓN. EN EL CASO PARTICULAR, SOLICITAMOS NOS PERMITA EXPRESARLO EN MS (MILISEGUNDOS) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

00100000

00000180



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

RECONOCIMIENTO DEL PRESIDENTADO, ELVICARIO Y DEFENSA DEL MARIACHI

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616350	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 2.4.3. FRECUENCIA DE UESTREO DE 60,000 HZ O MAYOR POR CANAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE ACEPTE CARTA DEL FABRICANTE DONDE ACLARE QUE SE CUMPLE CON EL PUNTO DE LA FICHA TÉCNICA SOLICITADO Y SU RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN, YA QUE, EN NUESTRO CASO, EL PUNTO ESTÁ EXPRESADO EN MS (MILISEGUNDOS) Y NO EN HZ (HERTZ). ¿SE ACEPTA?	PODRA REFERENCIAR UN NUMERAL DE LA FICHA TECNICA CON UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
616351	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 7.9. IMPRESORA LÁSER DE ALTA RESOLUCIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, NOS PERMITA OFERTA UNA TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN DE TINTA DE ALTA RESOLUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
616352	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 7.10 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CON REGULADOR DE VOLTAJE 7.11 SUPRESOR DE PICOSSOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI AMBOS PUNTOS PUEDEN SER CUBIERTOS POR EL MISMO EQUIPO YA QUE HOY EN DÍA EXISTEN SOLUCIONES COMERCIALES QUE PERMITEN BRINDAR TODOS LOS BENEFICIOS EN UN SOLO EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616353	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 7.10 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CON REGULADOR DE VOLTAJE 7.11 SUPRESOR DE PICOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE SU RESPUESTA A NUESTRA ANTERIOR PREGUNTA FUESE POSITIVA, DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO DEBEREMOS ENTREGAR UN EQUIPO PARA CUBRIR AMBOS PUNTOS. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616354	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 19.1 ELECTRODOS DESECHABLES DE AGUJA MONOPOLAR CON FILAMENTO DE ACERO INOXIDABLE Y RECUBIERTA DE TEFLÓN AL MENOS 4 MEDIDAS DIFERENTES EN EL RANGO DE 25MM A 75MM DE LARGO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE AGUJAS SOLICITADAS POR MEDIDA.	DEBERÁ INCLUIR 20 AGUJAS DE CADA MEDIDA
616355	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 19.2 ELECTRODOS (AGUJAS) CONCÉNTRICOS DE AL MENOS 4 MEDIDAS DIFERENTES EN EL RANGO DE 25MM A 75MM DE LARGO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE AGUJAS SOLICITADAS POR MEDIDA.	DEBERÁ INCLUIR 20 AGUJAS DE CADA MEDIDA
616356	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 19.3. ELECTRODOS (AGUJAS) DE FIBRA ÚNICA (ÚNICAMENTE PARA ESTUDIOS DE PACIENTES CON MIASTENIA GRAVIS). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE AGUJAS QUE REQUIERE.	DEBERÁ INCLUIR 20 AGUJAS DE CADA MEDIDA
616357	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 19.3. ELECTRODOS (AGUJAS) DE FIBRA ÚNICA (ÚNICAMENTE PARA ESTUDIOS DE PACIENTES CON MIASTENIA GRAVIS). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS DESECHABLES, PARA SEGURIDAD PARA EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA
616358	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 19.4. ESPONJAS PARA AUDÍFONOS DE INSERCIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE ESPONJAS QUE REQUIERE.	DEBERÁ INCLUIR 20 ESPONJAS
616359	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 19.5. PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTRODOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE PASTAS CONDUCTIVAS QUE REQUIERE.	DEBERÁN INCLUIR 5 PASTAS CONDUCTIVAS
616360	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 19.6. PASTA ABRASIVA PARA LA PIEL DEL PACIENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE PASTAS ABRASIVAS QUE REQUIERE.	DEBERÁN INCLUIR 5 PASTAS ABRASIVAS
616361	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 19.7. PAPEL PARA IMPRESORA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE PAPEL PARA IMPRESORA QUE REQUIERE.	DEBERÁ INCLUIR 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA
616362	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6. ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES.	PUNTO 19.8. TÓNER PARA IMPRESORA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE TONER PARA IMPRESORA QUE REQUIERE.	DEBERÁ INCLUIR AL MENOS DOS TÓNER PARA IMPRESORA.
616363	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA.	PUNTO: 1.7.- CUBIERTA DE LA COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE (CALIDAD 1.4301 DIN X 5 CRNI 18). ESTRUCTURA INDESTRUCTIBLE SOLDADA MEDIANTE LASER ROBOTIZADO. SUPERFICIES LISAS Y UNIFORMES, ESQUINAS REDONDEADAS, EXENTAS DE PLIEGUES, RANURAS Y TORNILLERÍA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACERO INOXIDABLE
616364	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA.	PUNTO: 1.8.- ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL O ACERO AL CARBÓN PINTADO Y RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE (CALIDAD 1.4301 DIN X 5 CRNI 18). ESTRUCTURA INDESTRUCTIBLE SOLDADA MEDIANTE LASER ROBOTIZADO. SUPERFICIES LISAS Y UNIFORMES, ESQUINAS REDONDEADAS, EXENTAS DE PLIEGUES, RANURAS Y TORNILLERÍA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACERO INOXIDABLE
616365	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA.	PUNTO: 1.13.- BEBERÁ ESTAR CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE 304 L DE 16 GAUGES, SOLDADA CON ARGÓN Y PULIDA. CONFORME A LA REDACCIÓN DEL PUNTO, ESTE CORRESPONDE A UNA DESCRIPCIÓN DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO; POR ELLO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE (CALIDAD 1.4301 DIN X 5 CRNI 18). ESTRUCTURA INDESTRUCTIBLE SOLDADA MEDIANTE LASER ROBOTIZADO. SUPERFICIES LISAS Y UNIFORMES, ESQUINAS REDONDEADAS, EXENTAS DE PLIEGUES, RANURAS Y TORNILLERÍA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACERO INOXIDABLE
616366	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA.	PUNTO: 1.15.1.- SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA ( POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERIAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO. CONFORME A LO SOLICITADO EN EL PUNTO, ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE A UNA MESA CON TECNOLOGÍA MOTORIZADA CON BOMBA HIDRÁULICA. NUESTRA MESA ES CONTRALADA POR SERVO-MECANISMOS POR LO CUAL NO REQUIERE DE UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA, POR LO CUAL PARA LLEVAR EL AJUSTE DE TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍA, FALLO ELÉCTRICO Y/O DEL	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

000000

00000181



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONTROL DE MANDO, CUANTA CON TECNOLOGÍA DE ENERGÍA CON REDUNDANCIA Y CONTROLES EN LA MESA DE EMERGENCIA Y EN CONTROL DE MANDO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	
616516	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2, INCISO 9, DE LAS BASES	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INCISO, ES CORRECTO ENTENDER, QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE ESTRATIFIQUE COMO UNA EMPRESA DE TAMAÑO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, SE PODRÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y EL ANEXO 6 CON LA LEYENDA DE "NO APLICA", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EN EL PARAMETRO HABILITANDO PARA EL ANEXO 6 EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO SE ESTRATIFIQUE COMO MICRO PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA DEBERA CARGAR UN DOCUMENTO CON LA LEYENDA NO APLICA.
616517	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2, INCISO 15, DE LAS BASES	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INCISO, ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE PODRÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO ANTE EL SAT, EXPEDIDA DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN NUMERL 15 "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO (S.A.T.) (32-D) VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES." CONSIDERANDO QUE LOS TREINTA DIAS DE VIGENCIA ESTEN DENTRO DEL DIA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
616518	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2, INCISO 21, DE LAS BASES	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INCISO, ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 18 "REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE PAGO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES", EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
616519	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.3.2 DE LAS BASES ANEXO 14	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUUESTA ECONÓMICA SE DEBERÁ UTILIZAR EL "ANEXO 14", LLENANDO ÚNICAMENTE LOS CAMPOS DE LAS PARTIDAS QUE SE COTICEN, Y QUE PARA LAS PARTIDAS QUE NO SE COTICEN SE DEBERÁN LLENAR LOS CAMPOS CON LA LEYENDA "NO SE COTIZA". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, O BIEN LOS LICITANTES PODRAN INCLUIR EN DICHO ANEXO 14, ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPEN
616520	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO", NUMERAL 3 GARANTIA DE BIENES	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES SE DEBERÁ UTILIZAR EL "ANEXO 1.3", Y QUE ESTA CARTA SE DEBERÁ DE PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LA QUE MI REPRESENTADA PARTICIPE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TAMBIÉN PUEDE PRESENTAR UNA CARTA POR TODAS LAS PARTIDAS, SIEMPRE Y CUANDO ATIENDA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.2 FICHA TECNICA
616521	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO", NUMERAL 6.5	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN INCLUIR CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN EL SUMNISTRO DE EQUIPO MEDICO EN GENERAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA PARTIDA QUE SE COTICE, LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE LA PROVEEDURIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616522	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO", NUMERAL 6.5	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR AL MENOS UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA EN FORMATO PDF DE SERVICIOS INTEGRALES, DONDE SE ACREDITE QUE EL LICITANTE A SUMINISTRADO EQUIPOS MÉDICOS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616523	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO", NUMERAL 6.5	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS SOLICITADOS EN EL PRESENTE NÚMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA Y/O CARTA DE CUMPLIMIENTO Y/O ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y/O REMISIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	NO SE ACEPTA
616524	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO", NUMERAL 6.5	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.5 "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA" DEL ANEXO 1 "ANEXO TECNICO" CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR EN LA CUAL SE ACEPTAN "CONTRATOS PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD", ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE A CONTRATOS CELEBRADOS CON EMPRESAS PRIVADAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y CUMPLAN CON EL NUMERAL 6.5
616525	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO", NUMERAL 6.9	NUMERAL 6.9, SUBNUMERAL 6.9 GUÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (SOLO PARA LAS PARTIDAS 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 26, 41, 44, 51, 52, 53, 54 Y 55). ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN ADECUACIONES	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

16109000

00000182



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL PAÍS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				FÍSICAS CORRERÁN POR PARTE DEL INSTITUTO Y NO POR EL LICITANTE ADJUDICADO Y ÚNICAMENTE EL LICITANTE PRESENTARÁ LA GUÍA MECÁNICA CORRESPONDIENTE POR CADA PARTIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUERIMIENTO. FAVOR DE CONFIRMAR	
616526	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO", NUMERAL 6.14	NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.14 "EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO" DEL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL LISTADO SOLICITADO SE PODRÁN INCLUIR AL MENOS DOS INGENIEROS QUE LLEVARÁN A CABO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA EMPRESA DECIDE CUANTOS INGENIEROS ASIGNA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE OFERTA, DEBIENDO CUMPLIR CON LO QUE SE SOLICITA EN LOS NUMERALES DE ESTE PUNTO DE BASES.
616527	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.5.2.- CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO IGUAL O MAYOR A 160,000HU SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CAPACIDAD DE DISIPACIÓN TÉRMICA (ÁNODO) 300 KHU, LO CUAL SUPERA A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616528	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.5.6.- DISIPACIÓN CONTINUA MÁXIMA DEL ÁNODO DE A 60,000 HU/MIN. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO MÁXIMA DISIPACIÓN CALÓRICA ANÓDICA 750 W - 60000 HU/MIN, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616529	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.7 BRAZO ISOCENTRICO CON ROTACIÓN MOTORIZADA Y MOVIMIENTO VERTICAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN SISTEMA QUE PUEDA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MASTOGRAFÍA EN PACIENTE CON SILLA DE RUEDAS, EL BRAZO DEBERÁ CONTAR CON INCLINACIÓN MOTORIZADA DE -10°, +15° Y HASTA 90 GRADOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616530	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.7.2.- MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -190° O MAYOR A +180° O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GIRO COMPLETO DE 360° O ±180°, LO CUAL EN EL GIRO INCLUYE -190°. CONSIDERANDO QUE ESTO CUMPLE CON LOS MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN REQUERIDOS SIN LIMITAR SU FUNCIONALIDAD. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616531	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.7.5. INDICADOR DE ESPESOR DE MAMA COMPRIMIDA, DE FUERZA DE COMPRESIÓN Y ANGULACIÓN DEL BRAZO ENTENDEMOS QUE EL INDICADOR SE DEBERÁ MOSTRAR EN AMBOS LADOS DEL COMPRESOR EN PANTALLA DIGITAL PARA MOSTRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
616532	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.19.2.- TIEMPO DE BARRIDO DE 25 SEGUNDOS O MENOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN EQUIPO RÁPIDO Y EFICIENTE, EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR EL RECORRIDO O ESCANEADO EN TOMOSÍNTESIS EN 10 SEGUNDOS O MENOR PARA ESTA TÉCNICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616533	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14 MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS	1.19.3 ÁNGULO DE BARRIDO MAYOR O IGUAL A 15° ENTENDEMOS QUE EL BARRIDO DEBERÁ SER EN EL RANGO DE -15° A +15° O 30° EN TOTAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616534	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.1. MONITOR LED DE ALTA RESOLUCIÓN Y ALTO CONTRASTE DE 21 PULGADAS O MAYOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO MONITOR CON TECNOLOGÍA LED, FULL HIGH DEFINITION (ALTA RESOLUCIÓN) CON DIMENSIONES DE 21 PULGADAS, CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616535	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.2 CON LA FINALIDAD DE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON UN SISTEMA DE ALTA CALIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON AL MENOS 17 MILLONES DE CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616536	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.21.1. CON DESPLIEGUE DE AGUJA EN PANTALLA (BODYMAP) O RUTA DE AGUJA ¿ES CORRECTO ENTENDER ESTE PUNTO COMO LA OBSERVACIÓN EN EL MONITOR DE LA GUÍA DE AGUJA CON GUÍAS CORPORALES O MARCAS?	ES CORRECTO
616537	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.1.1 CON LA FINALIDAD DE LOGRAR TENER BUENA RESOLUCIÓN EN LAS APLICACIONES SUPERFICIALES, EL TRANSDUCTOR LINEAL DEBERÁ CONTAR CON UNA FRECUENCIA DE 4.0 MHZ A 15 MHZ O MAYOR, PARA APLICACIONES QUE INCLUYEN MAMA, MUSCULO ESQUELETO Y VASCULARES ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA.
616538	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.1.3 PARA OPTIMIZAR LA VISUALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ENDOCAVITARIOS, EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO O ENDOVAGINAL DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 4.0 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES DE GINECOLOGÍA DEBERÁN CONTAR CON UN CAMPO DE VISIÓN DE 270 GRADOS O MAYOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616539	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.1.4. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UN TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO CON RANGO DE 1 MHZ A 8 MHZ, YA QUE ESTAS FRECUENCIAS NO SON LIMITANTES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA ESTE TRANSDUCTOR. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA PARA APLICACIONES 4D.
616540	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.3 IMPRESORA B/W Y A COLOR. EN ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR SOLO UNA IMPRESORA COLOR Y BLANCO/NEGRO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
616541	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	PUNTO 1.2.- SE PERMITE OFERTAR MONITOR EN BRAZO ARTICULADO CON MOVIMIENTO Y POSICIÓN DE ASEGURAMIENTO PARA TRASLADO, COMO EQUIVALENTE A	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

00000183



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RENAIXEMENT DEL PROLETARIAT,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MEXIC

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	
616542	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	PUNTO 1.3 POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN SOLICITAMOS SE PERMITA INDICAR ESTE PUNTO COMO CAPACIDAD DE MOSTRAR IMAGEN EN PANTALLA COMPLETA ¿SE ACEPTA?	PUEDO REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616543	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	PUNTO 1.7 CON LA FINALIDAD DE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON UN SISTEMA DE ALTA CALIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON AL MENOS 17 MILLONES DE CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616544	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	PUNTO 1.9 POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO 1700 O MAS IMÁGENES POR SEGUNDOS O HZ, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA ADECUADA ¿SE ACEPTA?	PUEDO REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616545	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	PUNTO 1.21 POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR "CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO A STIC FETAL O XSTIC DE ACUERDO CON LA LITERATURA DE NUESTRO FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	PUEDO REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE EQUIVALENCIA
616546	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	PUNTO 1.28 LA PANTALLA TÁCTIL MUESTRA LOS PARÁMETROS DE CONTROL DEL ULTRASONIDO Y PUEDE SER BIEN VISTO EN UNA PANTALLA DE 10 PULGADAS O MAYOR. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL DE 10 PULGADAS O MAYOR COMO ALTERNATIVA A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616547	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	PUNTO 2.1 CON LA FINALIDAD DE LOGRAR TENER BUENA RESOLUCIÓN EN LAS APLICACIONES SUPERFICIALES, EL TRANSDUCTOR LINEAL DEBERÁ CONTAR CON UNA FRECUENCIA DE 4.0 MHZ A 15 MHZ O MAYOR, PARA APLICACIONES QUE INCLUYEN MAMA, MUSCULO ESQUELETO Y VASCULARES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER IMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616548	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19 ULTRASONÓGRAFO	PUNTO 2.2. PARA OPTIMIZAR LA VISUALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ENDOCAVITARIOS, EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO O ENDOVAGINAL DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 4.0 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES DE GINECOLOGÍA DEBERÁN CONTAR CON UN CAMPO DE VISIÓN DE 270 GRADOS O MAYOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER IMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616549	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.3. CON LA FINALIDAD DE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON UN SISTEMA DE ALTA CALIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON AL MENOS 4 MILLONES DE CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL ADICIONAL A LA CAPACIDAD DE RECIBIR TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS Y MULTIFRECUENCIA DE AL MENOS 15 MHZ O MAYOR ¿SE ACEPTA?	PUEDO OFERTAR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERENTES
616550	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.5 PARA FACILITAR LA REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN CONTAR CON UN MONITOR DE 21 PULGADAS O MAYOR FULL HD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER IMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON " 256 NIVELES DE GRISES O MAYOR"
616551	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 Y 1.8.4 POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR COMO APLICACIÓN VASCULAR, YA QUE LOS PROCEDIMIENTOS, ZONAS ANATÓMICAS O EVALUACIÓN DE LOS VASOS EN APLICACIÓN VASCULAR ES UN TEMA DE USUARIO Y NO SE CONTIENE EN LOS MANUALES O CATÁLOGOS DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616552	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.9 SE SOLICITA CONECTIVIDAD ELECTRÓNICA, CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LO SOLICITADO Y SOLO DEBEREMOS DEMOSTRAR LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE VASOS EN LA APLICACIÓN VASCULAR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION
616553	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.13 CON LA FINALIDAD DE ALMACENAR ESTUDIOS DE VARIOS PACIENTES SOLICITAMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON DISCO DURO O UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE 500 GB O MAYOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616554	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.1 CON LA FINALIDAD DE LOGRAR TENER BUENA RESOLUCIÓN EN LAS APLICACIONES SUPERFICIALES, EL TRANSDUCTOR LINEAL DEBERÁ CONTAR CON UNA FRECUENCIA DE 4.0 MHZ A 15 MHZ O MAYOR, PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELÉTICO ¿SE ACEPTA?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS OFERENTES
616555	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO	PUNTO 2.1.4. SE LE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UN TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO CON RANGO DE 1 MHZ A 8 MHZ, YA QUE ESTAS FRECUENCIAS NO SON LIMITANTES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA ESTE TRANSDUCTOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL PUNTO DE "PARA APLICACIONES 4D"
616556	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	1.3 ARCO EN C. CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN ARCO EN C MÓVIL FÁCIL DE DESPLAZAR, ENTENDEMOS QUE EL PESO DE LA UNIDAD DEL ARCO EN C NO DEBERÁ EXCEDER DE 290 KG ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
616557	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	1.1.2.- KV DE 40 O MENOR A 125 O MAYOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE VOLTAJE DE 40 KV A 120 KV EN LUGAR DE 40 KV A 125 KV PARA EL ARCO EN C. CONSIDERAMOS QUE ESTE RANGO DE 40 KV A 120 KV ES SUFICIENTE PARA CUBRIR TODAS LAS APLICACIONES CLÍNICAS REQUERIDAS, PROPORCIONANDO UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN DE TEJIDOS SIN COMPROMETER EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
616558	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	1.3.3 RECORRIDO HORIZONTAL FAVOR DE INDICAR SI EL MOVIMIENTO HORIZONTAL DEBERÁ DE SER DE 20 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES

92100000

00000184



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
SEÑOR DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL TRABAJO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616559	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	1.3.4. RECORRIDO VERTICAL FAVOR DE INDICAR SI EL MOVIMIENTO VERTICAL DEBERÁ SER DE AL MENOS 45 CM MOTORIZADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
616560	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	1.3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEÓ FAVOR DE INDICAR SI EL MOVIMIENTO PANORÁMICO LATERAL DEBERÁ SER DE AL MENOS +/-12 GRADOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
616561	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	1.4.1.- ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 14 BITS O MAYOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LA ESPECIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN COMO UNA CONVERSIÓN A/D DEL DETECTOR DIGITAL DE 16 BITS. ESTA ESPECIFICACIÓN SUPERA LO SOLICITADO, PROPORCIONANDO UNA MAYOR PRECISIÓN Y CALIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES. ¿SE ACEPTA ESTA EQUIVALENCIA SEGÚN LA NOMENCLATURA DE NUESTRA CASA COMERCIAL?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES
616562	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	2.2.- CUBIERTA ESTERILIZABLES PARA INTENSIFICADOR, TUBO Y ARCO (50 UNIDADES) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUBIERTAS ESTÉRILES PARA INTENSIFICADOR, TUBO Y ARCO (50 UNIDADES), YA QUE ESTAS CUBIERTAS PREVIENEN EFICAZMENTE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y ASEGURAN UN ENTORNO COMPLETAMENTE ESTÉRIL DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. ADEMÁS, SU USO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CONTROL DE INFECCIONES, PROPORCIONANDO SEGURIDAD TANTO PARA LOS PACIENTES COMO PARA EL PERSONAL MÉDICO. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
616563	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS	1.5.- TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL GRUESO DENTRO DEL RANGO DE 10 MS A 4 S O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL EN MAMOGRAFÍA QUE VA DESDE 13 MS HASTA 5 S, CONSIDERANDO QUE ESTE RANGO PROPORCIONA UN DESEMPEÑO ÓPTIMO EN LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616564	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS	1.6.- TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL FINO DENTRO DEL RANGO DE 10 MS O MAYOR A 5 S O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR UN RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA PARA EL PUNTO FOCAL EN MAMOGRAFÍA, ESPECIFICANDO UN TIEMPO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN DE 13 MS Y UN TIEMPO MÁXIMO DE 5 S. CONSIDERAMOS QUE ESTE RANGO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE IMAGEN Y PRECISIÓN DIAGNÓSTICA. ¿SE ACEPTA ESTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616565	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS	1.9 BRAZO ISOCENTRICO CON ROTACIÓN MOTORIZADA Y MOVIMIENTO VERTICAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN SISTEMA QUE PUEDA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MASTOGRAFÍA EN PACIENTE CON SILLA DE RUEDAS, EL BRAZO DEBERÁ CONTAR CON INCLINACIÓN MOTORIZADA DE -10°, +15° Y HASTA 90 GRADOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616566	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS	1.9.2.- MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -190° O MAYOR A +180° O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GIRO COMPLETO DE 360° O ±180°, LO CUAL EN EL GIRO INCLUYE -190°. CONSIDERANDO QUE ESTO CUMPLE CON LOS MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN REQUERIDOS SIN LIMITAR SU FUNCIONALIDAD. ¿ES POSIBLE ACEPTAR ESTA ESPECIFICACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616567	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS	1.9.5. INDICADOR DE ESPESOR DE MAMA COMPRIMIDA, DE FUERZA DE COMPRESIÓN Y ANGULACIÓN DEL BRAZO ENTENDEMOS QUE EL INDICADOR SE DEBERÁ MOSTRAR EN AMBOS LADOS DEL COMPRESOR EN PANTALLA DIGITAL PARA MOSTRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
616568	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS	1.21.1 MONTADO EN EL MASTÓGRAFO, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ SER CAPAZ DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTEREOTAXIA EN EL EQUIPO CON EL SILLÓN DE PACIENTE Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A RECIBIR LA MESA PARA REALIZAR LA ESTEREOTAXIA EN PRONA CON EL MISMO EQUIPO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
616569	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS	1.22.2.- TIEMPO DE BARRIDO DE 25 SEGUNDOS O MENOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN EQUIPO RÁPIDO Y EFICIENTE, EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR EL RECORRIDO O ESCANEÓ EN TOMOSÍNTESIS EN 10 SEGUNDOS O MENOR PARA ESTA TÉCNICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
616570	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS	1.22.3 ÁNGULO DE BARRIDO MAYOR O IGUAL A 15° ENTENDEMOS QUE EL BARRIDO DEBERÁ SER EN EL RANGO DE -15° A +15° O 30° EN TOTAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616571	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS	2.2.- ROBOT QUEMADOR DE CD/DVD PARA ESTUDIOS DE ESTEROTAXIA, COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA EXIGENCIA DE UN ROBOT QUEMADOR DE CD/DVD PARA ESTUDIOS DE ESTEROTAXIA, YA QUE NUESTRO EQUIPO OFERTADO INCLUYE UN GRABADOR DE CD/DVD INTEGRADO QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES NECESARIAS DE ALMACENAMIENTO Y DUPLICACIÓN DE DATOS. ESTA SOLUCIÓN INTEGRADA NO SOLO REDUCE LOS COSTOS ADICIONALES, SINO QUE TAMBIÉN SIMPLIFICA EL FLUJO DE TRABAJO AL EVITAR LA NECESIDAD DE UN EQUIPO EXTERNO. ¿PODRÍA ACEPTARSE ESTA CONSIDERACIÓN?	SE REFIERE A UN GRABADOR, ROTULADOR DE IMÁGENES EXTERNO CON VISUALIZADOR DICOM

00000185



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
BENEFICIO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL TRABAJO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616572	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.8.5 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ESPECIFICACION IPX6 ES OPCIONAL, TOMANDO EN CUENTA QUE SE ESTA REQUIRIENDO UN DETECTOR INTER CONSTRUIDO EL CUAL NO PUEDE RETIRARSE DE LA MESA Y EN NINGUN MOMENTO ESTARA EN CONTACTO NI CON EL PACIENTE NI ALGUN FLUIDO EXTERNO BAJO CONDICIONES DE USO NORMAL POR LO CUAL NO EXISTE ALGUN RIESGO O RAZON PARA TENER DICHO REQUERIMIENTO COMO OBLIGATORIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616573	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PUNTO 1.2.3 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA ROTACIÓN DE TUBO DE AL MENOS +180°/-135° ENTENDIENDO QUE CON ESO SE CUBRE TODO EL RANGO DE ROTACIÓN PARA POSICIONAMIENTOS DE RADIOLOGÍA GENERAL SIN LIMITANTES POR LO CUAL EL EQUIPO PUEDE REALIZAR TODOS LOS ESTUDIOS A LOS QUE VA DESTINADO, ESTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, USUARIOS Y PACIENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA, SIN EMBARGO PARA EL PUNTO 1.2.4. PUEDE OFERTAR +180°/-135
616574	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PUNTO 1.2.4 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA RECONSIDERAR DEBIDO A QUE NO SE TIENEN LIMITANTES DE POSICIONAMIENTO, O EN SU DEFECTO SOLICITAMOS A LA INSTITUCIÓN EL TIPO DE ESTUDIO QUE NO PUEDEN REALIZAR CON EL RANGO DE ROTACIÓN QUE PROPONEMOS O EL PORQUÉ LA NECESIDAD DE UNA ROTACIÓN DE +/-180° EN BASE A UNA JUSTIFICANTE CLÍNICA O TÉCNICA DE RADIOLOGÍA GENERAL.	LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA
616575	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PUNTO 1.3.4 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR UN ACCESORIO DE SOPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE PESO QUE PUEDA SER UTILIZADO CON LOS DETECTORES OFERTADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ENTENDIENDO QUE ES UN ACCESORIO QUE SOPORTA LOS 300 KG SOLICITADOS Y PERMITE QUE EL DETECTOR NO SEA EL QUE SOPORTE EL PESO DEL PACIENTE EN LOS ESTUDIOS CON CARGA PERMITIENDO PROTEGERLO Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL MISMO?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616576	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PUNTO 1.3.4 EN CASO QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR Y PERMITIRNOS OFERTAR DETECTORES QUE SOPORTEN AL MENOS 170 KG DE PESO DISTRIBUIDO ENTENDIENDO QUE NO ES UNA INSTITUCIÓN DE PACIENTES OBESOS DONDE SERÁN UTILIZADOS Y SE PUEDE CONSIDERAR EL ACCESORIO DE SOPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE PESO PARA PODER PROTEGER EL DETECTOR CUANDO SE REQUIERAN ESTUDIOS CON CARGA PERMITIENDO QUE NO OCURRA ALGÚN DAÑO EN EL MISMO Y ENTENDIENDO QUE EL SOPORTE CUMPLE CON LOS 300 KG REQUERIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA
616577	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PUNTO 1.7 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PESO DE 560 KG O MENOS ENTENDIENDO QUE SE ESTÁ OFERTANDO UN EQUIPO MOTORIZADO LO CUAL PERMITE QUE A PESAR DEL PESO EL MOVIMIENTO DEL MISMO SEA MUY SENCILLO PARA LOS USUARIOS Y CONTEMPLANDO QUE EL PESO DE LOS MOTORES Y LAS BATERÍAS PARA MOVIMIENTO Y EXPOSICIÓN INCREMENTAN EL PESO DE LOS PORTÁTILES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
616586	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 2 PUNTO 1.3.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "FÁCIL DESENSAMBLE" QUE ES COMO SE ENCUENTRA EN NUESTRO MATERIAL TÉCNICO LA CARACTERÍSTICA DE DESARMABLE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CARACTERÍSTICA DE "ESTERILIZABLE EN VAPOR"
616589	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 2 PUNTO 1.3.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "RETROCESO RÁPIDO" QUE ES COMO SE ENCUENTRA EN NUESTRO MATERIAL TÉCNICO Y HACE REFERENCIA AL AUTOINFLADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616592	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 2 PUNTO 2.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR 2 PARES DE PALETAS INTERNAS CON LOS TAMAÑOS 2" Y 3" ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE UN JUEGO DE PALAS PARA PACIENTES ADULTOS
616593	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 2 PUNTO V. DOCUMENTACION	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE ALGUNA CARTA O ESCRITO NO APLIQUE A NUESTRA PROPUESTA, SOLO SE DEBERA COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" ¿ES CORRECTO?	SI ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL APARTADO V. DOCUMENTACION NO APLICAN DEBERAN COLOCAR EN LA CELDA CORRESPONDIENTE EN LA COLUMNA "NOMBRE DEL ARCHIVO EN PDF" LA LEYENDA NO APLICA.
616602	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 2 PUNTO 1.2.1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA REFERENCIAR POR MEDIO DE UNA IMAGEN QUE MUESTRA EL NÚMERO DE DIVISORES QUE TIENE CADA KIT ¿SE ACEPTA?	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERÍSTICA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
616606	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 2 PUNTO 1.3.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR LA CARACTERÍSTICA DE SEMITRANSPARENCIA POR MEDIO DE UNA IMAGEN ¿SE ACEPTA?	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERÍSTICA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS

00100000

00000186



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo  
PUERTO

MEMBRITO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAR

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
616607	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 2 PUNTO 1.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO LARINGOSCOPIO QUE ESCOMO SE ENCUENTRA EN NUESTRA DOCUMENTACION TECNICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616609	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 2 PUNTO V. DOCUMENTACION	ENTENDEMOS QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE APARTADO SE REQUIERE UNICAMENTE PARA LA UNIDAD PRINCIPAL QUE EN ESTE CASO ES EL DESFIBRILADOR-MONITOR Y NO ASÍ PARA LOS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL NUMERAL "V. DOCUMENTACION", PARA TODOS LOS BIENES SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA
616614	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 3 PUNTO 1.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR 1000 EVENTOS MAS RECIENTES ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616615	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 4 PUNTO 1.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR 1000 EVENTOS MAS RECIENTES ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616616	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 8 PUNTO 1.2.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR LAMPARA CON TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3,500 A 5,500 GRADOS KELVIN ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616617	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 8 PUNTO 1.2.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR COMO MODOS DE ILUMINACION "MIS", QUE ES COMO SE ENCUENTRA EN NUESTRA DOCUMENTACION TECNICA Y HACER REFERENCIA A LA ILUMINACION PARA CIRUGIAS DE MINIMA INVASION ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616618	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 8 PUNTO 1.2.14.4	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA ILUMINACION PARA CIRUGIAS DE MINIMA INVASION ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
616620	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 9 PUNTO 1.3.5.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE POR OFERTAR PROFUNDIDAD CONSTANTE DE CAMPO DE LUZ SIN REENFOQUE DE ZONA DE 800MM ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616626	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 10 PUNTO 1.4.9	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR LAMPARA CON PANEL DE CONTROL ELECTRONICO MONTADO EN EL BRAZO DE LA LAMPARA, POSICIONADO EN UNA UBICACIÓN CERCANA AL SATELITE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS NUMERALES DEL 1.4.9.1 AL 1.4.9.5
616630	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 10 PUNTO 1.4.10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR COMO SUPERFICIE DE VIDRIO RESISTENTE A ALTO IMPACTO, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN NUESTRA DOCUMENTACION TECNICA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616631	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 15 PUNTO 1.13.4 Y 1.13.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR POSICIÓN TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DE 25°, ANGULACIÓN SUFICIENTE PARA TRATAR CASOS DE HIPOTENSIÓN (PRESIÓN ARTERIAL BAJA) E HIPERTENSIÓN INTERCRANEAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
616632	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 15 PUNTO 1.15.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE EMERGENCIA DE ACCIONAMIENTO MANUAL EL CUAL PERMITE LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DEL MAL FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA O DEL CONTROL PRIMARIO POR MEDIO DE UN PEDAL HIDRAULICO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616633	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 15 PUNTO 2.1.9	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA SUJETADOR DE CHASIS, CON FIJACIÓN A RIEL LATERAL, EL CUAL PERMITE SUJETAR CHASIS DE RAYOS X DE HASTA 14X17" POR DEBAJO DE LA MESA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616634	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 8 PUNTO V. DOCUMENTACION	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE ALGUNA CARTA O ESCRITO NO APLIQUE A NUESTRA PROPUESTA, SOLO SE DEBERA COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" ¿ES CORRECTO?	SI ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL APARTADO V. DOCUMENTACION NO APLICAN DEBERAN COLOCAR EN LA CELDA CORRESPONDIENTE EN LA

00000187



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NUMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RENEAMIENTO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL TRABAJO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					COLUMNA "NOMBRE DEL ARCHIVO EN PDF" LA LEYENDA NO APLICA.
616635	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 9 PUNTO 1.2.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 20° DE GIRO ROTATORIO, YA QUE COMO ES LAMPARA PORTATIL, CUENTA CON RUEDAS Y EL USUARIO LA PUEDE ACOMODAR A LA POSICIÓN QUE REQUIERA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616636	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 10 PUNTO 1.4.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE CADA MARCA PARA LA ESPECIFICACION DE ILUMINACION LIBRE DE SOMBRAS, QUE EN NUESTRO CASO ES LA TECNOLOGÍA DE SUPERPOSICION MULTIPARCHE LA CUAL PERMITE QUE EL CAMPO DE LUZ SIGUE TENIENDO UNA ILUMINACION, FORMA Y COLOR UNIFORMA INCLUSO EN OBSTRUCCION POR LA CABEZA DEL CIRUJANO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616637	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 10 PUNTO 1.4.2.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR LAMPARA CON UNA CANTIDAD MENOR DE LEDS, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA INTENSIDAD LUMINOSA DE HASTA 160,000 LUXES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616641	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 10 PUNTO 1.4.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA ENERGIA DE RADIACION MAXIMA DE HASTA 530 W/M2, LO CUAL NO REPRESENTA UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA CEDULA TÉCNICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CARACTERISTICA "A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON UN TOTAL DE 160,000 LUXES"
616643	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 10 PUNTO 1.4.9.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA REFERENCIAR COMO MODOS DE ILUMINACION "MIS", QUE ES COMO SE ENCUENTRA EN NUESTRA DOCUMENTACION TÉCNICA Y HACER REFERENCIA A LA ILUMINACION PARA CIRUGIAS DE MINIMA INVASION ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616645	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 10 PUNTO 1.4.9.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR LAMPARA QUIRURGICA CON CAMBIO DE COLOR DE TEMPERATURA EN 5 NIVELES (3,500, 3,700, 4,000, 4,350 Y 5,550 GRADOS KELVIN) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616685	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 10 PUNTO 1.5.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 6 HORAS Y TIEMPO DE RECARGA AL 100% DE 8 HORAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO SEA GRADO MEDICO
616686	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 10 PUNTO V. DOCUMENTACION	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE ALGUNA CARTA O ESCRITO NO APLIQUE A NUESTRA PROPUESTA, SOLO SE DEBERA COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" ¿ES CORRECTO?	SI ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL APARTADO V. DOCUMENTACION NO APLICAN DEBERAN COLOCAR EN LA CELDA CORRESPONDIENTE EN LA COLUMNA "NOMBRE DEL ARCHIVO EN PDF" LA LEYENDA NO APLICA.
616687	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 15 PUNTO 1.13	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA REFERENCIAR LA ESPECIFICACION DEL TIPO DE SOLDADORA POR MEDIO DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ESTO DEBIDO A QUE LAS CARACTERISTICAS DE LA SOLDADURA NO SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN NUESTRA DOCUMENTACION TECNICA ¿SE ACEPTA?	PODRA REFERENCIAR UN NUMERAL DE LA FICHA TECNICA CON UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
616688	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 15 PUNTO 1.18	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR COLCHONES INDEPENDIENTES PARA LA SECCIÓN DE CABEZA Y PIERNAS (IZQUIERDA Y DERECHA) Y COLCHÓN EN UNA SOLA PIEZA PARA LAS SECCIONES DE ESPALDA, ELEVADOR DE RIÑON Y PELVIS, LO CUAL EVITA CIZALLAMIENTOS EN EL DORSE DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616689	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 15 PUNTO V. DOCUMENTACION	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE ALGUNA CARTA O ESCRITO NO APLIQUE A NUESTRA PROPUESTA, SOLO SE DEBERA COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" ¿ES CORRECTO?	SI ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL APARTADO V. DOCUMENTACION NO APLICAN DEBERAN COLOCAR EN LA CELDA CORRESPONDIENTE EN LA COLUMNA "NOMBRE DEL ARCHIVO EN PDF" LA LEYENDA NO APLICA.
616690	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACEPTE QUE COMO PARTE DEL CURRÍCULUM EMPRESARIAL SE AGREGUEN CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS CELEBRADOS EN EL SECTOR PRIVADO SIN CONDICIONAR QUE ÉSTOS PERTENEZCAN AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, TODA VEZ QUE LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ESTA NATURALEZA PODRÍA ACREDITARSE CON CLIENTES DEL SECTOR PRIVADO QUE NO HUBIEREN SOLICITADO SER VINCULADOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.	NO SE ACEPTA

00000188



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REPUBLICANISMO Y DEFENSA  
DEL PUEBLO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ASÍ MISMO, SOLICITAMOS QUE EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, MISMO QUE A LA LETRA ESTABLECE:  ARTÍCULO 40.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS, TALES COMO: (...) II. HABER CELEBRADO CONTRATOS ANTERIORES CON LA CONVOCANTE O CON ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN PARTICULAR;  NO SE LIMITE A LOS LICITANTES LA POSIBILIDAD DE ACREDITAR SU EXPERIENCIA, SEA ÉSTA PROVENIENTE DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	
616691	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 8. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED REFERENCIA: 1.2.11.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN AL 60% DE 50 CM O MAYOR Y SIN QUE OCURRA VARIACIÓN EN LA CALIDAD DE ILUMINACIÓN, POSICIONANDO LA LÁMPARA EN ESE RANGO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 75 CM 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE Y SIN VARIACIONES EN LA CALIDAD DE ILUMINACIÓN, COLOCANDO LA LAMPARA EN EL RANGO INDICADO, DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616692	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL REFERENCIA: 1.4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 150 A 280 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMAÑO DEL DIÁMETRO DEL CAMPO LUMINOSO DE TRABAJO AJUSTABLE DE: 12 A 24 CM, EL CUAL ES UN DIÁMETRO SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO UN PROCESO QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616693	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL REFERENCIA: 1.4.9.5.- BOTÓN PARA SELECCIÓN DE COLOR DE LA ILUMINACIÓN AMBIENTAL, HASTA 15 VARIACIONES DE COLOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VARIACIONES DE COLOR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA NO REFERIR A UNA MARCA EN ESPECÍFICO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616694	ANGO MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACEPTE QUE COMO PARTE DEL CURRÍCULUM EMPRESARIAL SE AGREGUE UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA EN EL QUE SE DEMUESTRE EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO EN GENERAL, INDEPENDIEMENTE DE LA PARTIDA QUE SE COTICE, A EFECTO DE ACREDITAR CON EL CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA QUE EL LICITANTE TIENE EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO EN GENERAL. LO ANTERIOR A EFECTO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616695	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 8. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED REFERENCIA: 1.2.14.4.- CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL NOS PERMITA OFERTAR EL CAMBIO DE LUZ A MODO ENDOSCOPIA PARA MANTENER UNA ILUMINACIÓN ADECUADA DEL CAMPO QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
616696	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 8. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED REFERENCIA: 1.2.15.4.- CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL NOS PERMITA OFERTAR EL CAMBIO DE LUZ A MODO ENDOSCOPIA PARA MANTENER UNA ILUMINACIÓN ADECUADA DEL CAMPO QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
616697	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL REFERENCIA: 1.3.2.- AJUSTE VERTICAL DE 119 CM Y ABATIBLE A +45°/-50°. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE VERTICAL DE 90 CM Y ABATIBLE A +45°/-50°, SIENDO UN RANGO DE AJUSTE ADECUADO PARA UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616698	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL REFERENCIA: 1.4.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 A 20% DE 1000 MM A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE Y SIN REENFOQUE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 75 CM 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE Y SIN VARIACIONES EN LA CALIDAD DE ILUMINACIÓN, COLOCANDO LA LAMPARA EN EL RANGO INDICADO, DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616699	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 10. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL REFERENCIA: 1.4.8.5.- CON FUNCIONES PARA AJUSTAR DE LA TEMPERATURA DE COLOR GIRANDO EL MANGO Y AJUSTE DEL CAMPO DE LUZ. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS NOS PERMITA OFERTAR EL AJUSTE DE ESTOS PARA METROS DESDE EL PANEL DE CONTROL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616700	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 15. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. REFERENCIA: 1.15.1.- SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL YA QUE LA MESA YA CUENYTA CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA QUE	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES

00000183



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PERMITE EL CONTROL DE TODOS LOS MOVIMIENTOS EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE. ¿SE ACEPTA?	
616701	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 39. REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS. REFERENCIA: 3. CONSUMIBLES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS NUMERALES CORRESPONDIENTES A ESTE APARTADO 3.1 Y 3.2, PODER OFERTARLOS DE MANERA OPCIONAL YA QUE EL GRAFICADOR QUE PROPONEMOS ES DE FORMA DIGITAL Y NO REQUIERE CONSUMIBLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616702	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 40. REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS. REFERENCIA: 1.7.- TERMOGRAFIADOR MECÁNICO DE 24 HORAS X 7 DÍAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA MEDIANTE PANTALLA TOUCH EN GRÁFICA LINEAL, QUE PERMITE LA OBSERVACIÓN DE TEMPERATURA LAS 24 HORAS / 7 DÍAS, CON UN RANGO DE -25°C A +25°C OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE A LA DEL REFRIGERADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616703	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 40. REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS. REFERENCIA: 3. CONSUMIBLES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS NUMERALES CORRESPONDIENTES A ESTE APARTADO 3.1 Y 3.2, PODER OFERTARLOS DE MANERA OPCIONAL YA QUE EL GRAFICADOR QUE PROPONEMOS ES DE FORMA DIGITAL Y NO REQUIERE CONSUMIBLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616714	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA	PARTIDA: 39. REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS. REFERENCIA: 1.7.- TERMOGRAFIADOR MECÁNICO DE 24 HORAS X 7 DÍAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA MEDIANTE PANTALLA TOUCH EN GRÁFICA LINEAL, QUE PERMITE LA OBSERVACIÓN DE TEMPERATURA LAS 24 HORAS / 7 DÍAS, CON UN RANGO DE -25°C A +25°C OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE A LA DEL REFRIGERADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616741	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.5	DICE: 2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES. ... EL LICITANTE DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EL ANEXO 1.4 "ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO". PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS SE DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EL ANEXO 1.4 INCLUYENDO ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS EN LAS QUE ESTAMOS PARTICIPANDO Y PARA LAS CUALES SE REQUIERE DE MUESTRA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
616742	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.5	DICE: 2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES. ... EL LICITANTE DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EL ANEXO 1.4 "ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO". PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN LA COLUMNA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 1.4 "ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" SE DEBERÁ COLOCAR ÚNICAMENTE LA DESCRIPCIÓN CORTA DE LA PARTIDA A LA QUE PERTENECE LA MUESTRA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SE DEBE ENTREGAR EL ANEXO 1.4 TAL Y COMO SE MUESTRA EN BASES
616743	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.5	DICE: 2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES. ... EL LICITANTE DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EL ANEXO 1.4 "ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO". PREGUNTA: EN EL CASO DE MI REPRESENTADA OFERTAREMOS LAS PARTIDAS 3 Y 4, CUYA DESCRIPCIÓN ES CASI IDÉNTICA Y ÚNICAMENTE DIFIERE EN ALGUNAS CANTIDADES, MOTIVO POR EL QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR LA MISMA MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE PARA LAS DOS PARTIDAS LA MISMA MARCA Y MODELO
616744	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 6 ANEXO TÉCNICO NUMERALES 6.21 Y 6.26	DICE: 6 DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES ... LAS PROPOSICIONES DEBERÁN ABARCAR EL 100% DEL VOLUMEN DE LOS BIENES REQUERIDOS, SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" QUE CONTIENE LOS ANEXOS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Y 19, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ANEXO TÉCNICO DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" 6.21.- FORMATO DE APERTURA E INSTALACIÓN DEL BIEN. 6.26.- CARTA DE DESVIACIÓN A LA CALIDAD PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS ANEXOS 1.7 Y 1.8 SON INFORMATIVOS Y APLICARÁN ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, POR LO QUE NO DEBERÁN FORMAR PARTE DE NUESTRA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO DEBERA PRESENTAR LAS CARTAS SOLICITADAS EN DICHS NUMERALES.
616745	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.4	DICE: ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO" DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 6.4.- CARTA DE APOYO ... A) EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO: ... B) EN CASO DE QUE EL OFERENTE COMPRE AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O AL FABRICANTE (SEA DISTRIBUIDOR PRIMARIO): ... C) EN CASO DE QUE EL OFERENTE COMPRE A UN DISTRIBUIDOR PRIMARIO (SEA DISTRIBUIDOR SECUNDARIO): PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE EVITAR CONFUSIONES, RIESGOS A LA CONVOCANTE Y DAR CERTEZA DE LA RELACIÓN COMERCIAL, ASEGURANDO ASÍ QUE EL LICITANTE ADJUDICADO ENTREGARÁ LOS BIENES Y SE HARÁ CARGO DE LA GARANTÍA; SUGERIMOS	NO ES CORRECTO

06100000

00000190



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
MEMBRETE DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSA  
DEL MAYOR

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				A LA CONVOCANTE QUE ÚNICAMENTE ACEPTE CARTA DE APOYO POR MARCA; ES DECIR, SI DOS O MÁS LICITANTES PRESENTAN CARTA DE APOYO YA SEA DEL FABRICANTE O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PARA LA MISMA PARTIDA, SE DESCALIFICARÁ A LOS 2 LICITANTES, PUESTO QUE ESTÁN OFERTANDO EL MISMO BIEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
616746	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.4	DICE: ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO" DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 6.4.- CARTA DE APOYO ... A) EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO: ... B) EN CASO DE QUE EL OFERENTE COMPRE AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O AL FABRICANTE (SEA DISTRIBUIDOR PRIMARIO); ... C) EN CASO DE QUE EL OFERENTE COMPRE A UN DISTRIBUIDOR PRIMARIO (SEA DISTRIBUIDOR SECUNDARIO); PREGUNTA: POR TRATARSE DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA AVANZADA, ENTENDEMOS QUE SOLO SE ACEPTARÁ UNA CARTA DE FABRICANTE PARA LA MISMA MARCA, POR PARTIDA; Y NO SE PERMITIRÁ QUE DIFERENTES LICITANTES OFERTEN LA MISMA MARCA PARA LA MISMA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO
616747	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.10	DICE: "ANEXO TÉCNICO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO" DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 6.10.- CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN ... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN NO SERÁ PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA NUESTRA PROPUESTA, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR DICHO CRONOGRAMA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERÁ ENTREGAR EL CRONOGRAMA EN SU PROPUESTA TECNICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6.10 DE LA CONVOCATORIA
616748	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.11	DICE: "ANEXO TÉCNICO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO" DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 6.11.- ADECUACIONES DE ÁREAS PRESUPUESTADAS DE MANERA INDEPENDIENTE AL COSTO DEL BIEN ... EL OFERENTE DEBERÁ INCLUIR UNA CARTA BAJO PROTESTA, DONDE SE INDIQUE QUE SE ENTIENDE QUE EL COSTO DE LAS ADECUACIONES DE ÁREA DEBERÁN COTIZARSE POR SEPARADO DEL COSTO DEL BIEN O BIENES OFERTADOS... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE UN DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, EN LA QUE NO SE DEBERÁN INCLUIR PRECIOS, PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO EN DICHA CARTA NO DEBERÁN ANOTARSE LOS PRECIOS DE LAS ADECUACIONES, SINO ÚNICAMENTE SE DEBERÁ INDICAR QUE EL COSTO DE LAS ADECUACIONES DE ÁREA DEBERÁN COTIZARSE POR SEPARADO DEL COSTO DEL BIEN O BIENES OFERTADOS. EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES LA DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE ADJUDICADO, EN CASO DE NO SER ASÍ POR FAVOR NOS PUDIERA ACLARAR EN QUÉ APARTADO DE LA PLATAFORMA COMPRANET SE DEBERÁ ENVIAR LA COTIZACIÓN MENCIONADA. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE EN DICHA CARTA BAJO PROTESTA DEBERA INDICAR QUE EL COSTO DEL BIEN NO INCLUYE LAS ADECUACIONES. EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS LICITANTES NO DEBERAN COTIZAR LAS ADECUACIONES
616749	CONDUIT LIFE SA DE CV	OTROS	PLATAFORMA COMPRANET	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS NÚMEROS DE PARTIDA CORRECTOS SON LOS INDICADOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y NO INTERFIERE CON EL NÚMERO PUBLICADO EN EL APARTADO TÉCNICO DE LA PLATAFORMA COMPRANET. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL NUMERO DE PARTIDA CORRECTO ES EL ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA
616750	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.3	DICE: "MONITOREO CENTRAL CON DOS PANTALLAS TÁCTILES DE 24" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD TFT O SUPERIOR, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO)" PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA QUE OFERTAMOS CONSISTE EN DOS PANTALLAS A COLOR, TECNOLOGÍA LCD DE LA MISMA MARCA QUE LOS MONITORES DE CABECERA QUE PERMITE MOSTRAR TODOS LOS PARÁMETROS CLÍNICOS, ALARMAS Y SUCESOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPOS CON UNA VARIACIÓN EN SU TAMAÑO DE UN +/- 2", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616751	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTOS 1.7, 1.9 Y 1.10	DICE: "ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS DE HASTA 30 DÍAS... 1.9 CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 10 DÍAS... 1.10 CAPTURA, REVISIÓN DE DATOS Y VISUALIZACIÓN COMPLETA DE 10 DÍAS." PREGUNTA: DEBIDO A QUE SON EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN ÁREAS CRÍTICAS Y ES IMPORTANTE TENER UN REPORTE Y/O ATENCIÓN OPORTUNA DEL PACIENTE Y DE ACUERDO A LA NOM-025-SSA3-2013, DONDE EQUIPOS DE ESTA NATURALEZA DEBEN CUMPLIR CON 24 HORAS DE ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SUS ARTICULOS 41 Y 42, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 72 HORAS ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y QUE AL MENOS 5 CASAS COMERCIALES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ANTES CITADA, ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616752	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.17.11.3	DICE: " FUNCIÓN DE STAT O PUNCIÓN VENOSA " PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON NOMENCLATURA DE NUESTRO FABRICANTE QUE ES ESTASIS VENOSA (UTILIZA EL BRAZALETE DE PANI COMO TORNIQUETE PARA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA

00000191



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
FELIPE CARRILLO  
PUERTO  
RENERGO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL TRABAJO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CANULACION VENOSA), ES LO MISMO QUE FUNCION STAT O PUNCION VENOSA. ¿SE ACEPTA?	
616753	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.17.17	DICE: "ESPIROMETRÍA: (SE DEBE TENER LA OPCIÓN TANTO EN EL MONITOR COMO EN LA UNIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS SUBPUNTOS DEL PUNTO 17.17 DE UN PACIENTE)" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE FABRICANTE QUE CONSISTE DE UN MÓDULO QUE SE CONECTA AL VENTILADOR Y AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PACIENTE, MISMA QUE INTERFASA AL SISTEMA DE ESPIROMETRÍA, PERMITIENDO OBSERVAR LOS BUCLES Y DEMÁS PARÁMETROS VENTILATORIOS; LO QUE PROPORCIONA MÁS HERRAMIENTAS AL PERSONAL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	EL MODULO DE ESPIROMETRIA SERA OPCIONAL
616754	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 3.3	DICE: "PARA INDICE BISPECTRAL, 50 SENSORES DESECHABLES ADULTO." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES OPCIONAL ESTE PUNTO YA QUE EN LA FICHA TECNICA PUNTO 1.17.15 NOS DICE "CON OPCION A FUTURO DE INDICE BISPECTRAL DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR", ES POR ELLO QUE SE PODRÁ REFERENCIAR DICHO PUNTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", Y POR LO TANTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, LA CENTRAL DEBE DE TENER INDICE BIESPECTRAL, DEBERÁ CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.3, AMBOS LOS DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA
616755	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 3.7	DICE: "EN CASO DE QUE LOS MONITORES CUENTEN CON REGISTRADOR TÉRMICO: 3 ROLLOS DE PAPEL PARA MONITOR." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES OPCIONAL EL OFERTAR 3 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO Y QUE SE PODRÁ REFERENCIAR DICHO PUNTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", Y POR LO TANTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NO APLIQUE DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO OFERTADA
616756	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.3	DICE: "MONITOREO CENTRAL CON DOS PANTALLAS TÁCTILES DE 24" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD TFT O SUPERIOR, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO)" PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA QUE OFERTAMOS CONSISTE EN DOS PANTALLAS A COLOR, TECNOLOGÍA LCD DE LA MISMA MARCA QUE LOS MONITORES DE CABECERA QUE PERMITE MOSTRAR TODOS LOS PARÁMETROS CLÍNICOS, ALARMAS Y SUCESOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPOS CON UNA VARIACIÓN EN SU TAMAÑO DE UN +/- 2", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616757	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTOS 1.7, 1.9 Y 1.10	DICE: "ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS DE HASTA 30 DÍAS... 1.9 CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 10 DÍAS... 1.10 CAPTURA, REVISIÓN DE DATOS Y VISUALIZACIÓN COMPLETA DE 10 DÍAS." PREGUNTA: DEBIDO A QUE SON EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN ÁREAS CRÍTICAS Y ES IMPORTANTE TENER UN REPORTE Y/O ATENCIÓN OPORTUNA DEL PACIENTE Y DE ACUERDO A LA NOM-025-SSA3-2013, DONDE EQUIPOS DE ESTA NATURALEZA DEBEN CUMPLIR CON 24 HORAS DE ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SUS ARTICULOS 41 Y 42, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 72 HORAS ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y QUE AL MENOS 5 CASAS COMERCIALES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ANTES CITADA, ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
616758	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.17.11.3	DICE: "FUNCIÓN DE STAT O PUNCION VENOSA" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON NOMENCLATURA DE NUESTRO FABRICANTE QUE ES ESTASIS VENOSA (UTILIZA EL BRAZALETE DE PANI COMO TORNIQUETE PARA CANULACION VENOSA), ES LO MISMO QUE FUNCION STAT O PUNCION VENOSA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA
616759	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.17.17	DICE: "ESPIROMETRÍA: (SE DEBE TENER LA OPCIÓN TANTO EN EL MONITOR COMO EN LA UNIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS SUBPUNTOS DEL PUNTO 17.17 DE UN PACIENTE)" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE FABRICANTE QUE CONSISTE DE UN MÓDULO QUE SE CONECTA AL VENTILADOR Y AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PACIENTE, MISMA QUE INTERFASA AL SISTEMA DE ESPIROMETRÍA, PERMITIENDO OBSERVAR LOS BUCLES Y DEMÁS PARÁMETROS VENTILATORIOS; LO QUE PROPORCIONA MÁS HERRAMIENTAS AL PERSONAL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	EL MODULO DE ESPIROMETRIA SERA OPCIONAL
616760	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 3.3	DICE: "PARA INDICE BISPECTRAL, 50 SENSORES DESECHABLES ADULTO." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES OPCIONAL ESTE PUNTO YA QUE EN LA FICHA TECNICA PUNTO 1.17.15 NOS DICE "CON OPCION A FUTURO DE INDICE BISPECTRAL DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR", ES POR ELLO QUE SE PODRÁ REFERENCIAR DICHO PUNTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", Y POR LO TANTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, LA CENTRAL DEBE DE TENER INDICE BIESPECTRAL, DEBERÁ CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.3, AMBOS LOS DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA
616761	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 3.7	DICE: "EN CASO DE QUE LOS MONITORES CUENTEN CON REGISTRADOR TÉRMICO: 3 ROLLOS DE PAPEL PARA MONITOR." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES OPCIONAL EL OFERTAR 3 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO Y QUE SE PODRÁ REFERENCIAR DICHO PUNTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", Y POR LO TANTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO NO APLIQUE DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO OFERTADA
616762	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28, PUNTO 1.5	DICE: RODAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA ESPECIFICACIÓN HACE REFERENCIA A QUE EL EQUIPO CUENTE CON FRENSOS ELECTROMAGNÉTICOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000192



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

HEREDERO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAÍZ

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616763	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28, PUNTO 1.6	DICE: CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 6,000 IMÁGENES O MAYOR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5,000 IMÁGENES, ESTO CON EL ARGUMENTO QUE NUESTRO EQUIPO CUENTA CON EL SISTEMA DE COMPATIBILIDAD PACS, QUE PERMITE QUE LAS IMÁGENES SEAN ENVIADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL HOSPITAL, PERMITIENDO UNA MEJOR INTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN DE MANERA EFICAZ E INDIVIDUAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616764	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28, PUNTO 1.8	DICE: CON BATERÍAS PARA MOVIMIENTO (MOTORIZADO) Y EXPOSICIÓN (RADIOGRÁFICA) PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA ESPECIFICACIÓN HACE REFERENCIA A QUE EL EQUIPO FUNCIONE CON LAS BATERÍAS DE RESPALDO PARA TRASLADARLO Y REALIZAR UNA EXPOSICIÓN SIN LA NECESIDAD DE ESTAR CONECTADO A LA TOMA DE CORRIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
616871	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO CONSTITUYE MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL UTILIZAR TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LO SOLICITADO Y SE TRATE ÚNICAMENTE DE CUESTIONES DE NOMENCLATURA. SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE DESMUESTREN LAS EQUIVALENCIAS.
616872	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE NO PODER REFERENCIAR TEXTUALMENTE UN PUNTO TÉCNICO ES POSIBLE AGREGAR UNA NOTA EN EL ARCHIVO PARA GARANTIZAR QUE SE PUEDA ENTENDER QUE LO SOLICITADO SE ESTÁ CUMPLIENDO DE MANERA EQUIVALENTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION
616873	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTOS 1, 2, 3 Y 4	ENTENDEMOS QUE ESTOS PUNTOS SOLO HACEN REFERENCIA A ENCABEZADOS DE LA FICHA, POR LO CUAL NO DEBEN SER REFERENCIADAS EN ALGÚN MANUAL CATÁLOGO O FOLLETO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN EMBARGO ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBE REFERENCIAR TODOS LOS SUBNUMERALES QUE INDIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS.
616874	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.1.4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR IMAGEN ÚNICA, COMO IMAGEN INDIVIDUAL, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616875	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN, COMO DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616876	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.2	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROTACIÓN, COMO ANGULACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616877	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.3	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO HORIZONTAL, COMO MOVIMIENTO HORIZONTAL, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616878	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO VERTICAL, COMO DESPLAZAMIENTO VERTICAL, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616879	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.3.5	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEÓ, COMO INTERVALO DE ROTACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616880	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.4.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN, COMO PROFUNDIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616881	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CONSOLA DE CONTROL MÓVIL, COMO, CARRO PORTA MONITORES, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616882	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10.1	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR DOS PANTALLAS CON TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, CON MEDIDA DE 21" +/- 2" LAS CUALES PERMITE UNA UNIFORMIDAD DEL BRILLO QUE SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE PARA UNA IMPRESIÓN DE IMAGEN MÁS EQUILIBRADA Y UNIFORME, ASÍ COMO EL AJUSTE AUTOMÁTICO EN FUNCIÓN DE LA LUZ AMBIENTAL Y UN RECUBRIMIENTO ANTIRREFLEJANTE DE VIDRIO, OFERTANDO ASÍ PANTALLAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR DOS PANTALLAS DE 19 PULGADAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN PREFERENTE LCD O TFT TÁCTIL O FULL HD DE 4K, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTE
616883	SIEMENS HEALTHCARE	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10.1	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE FORMA CLÍNICA Y TÉCNICA EL PORQUE OFERTAR	NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA

00000193



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-809007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
FELIPE CARRILLO  
PUERTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO  
DEL MAÍZ

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DIAGNOSTICS S DE RL DE CV			UNA PANTALLA DE 21" +/- 2" NO ES ACEPTADO, PUESTO QUE ESTA MEDIDA ES UN ESTÁNDAR EN MONITORES Y ES SUFICIENTE PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES, FOMENTANDO LO QUE RIGE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DONDE SE ESTABLECE DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, GARANTIZANDO QUE DICHS PROCEDIMIENTOS SE REALICEN EN UN MARCO DE COMPETENCIA JUSTA Y TRANSPARENTE.	
616884	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10.3.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS (PUEDE SER EN DVD O CD O MEMORIA EXTERNA USB), COMO, UNIDAD DE DVD PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616885	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.10.1.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RESOLUCIÓN, COMO, VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
616886	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.12	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PODER OFERTAR ADQUISICIÓN O ALMACENAMIENTO DE 25 PULSOS/SEG. O MAYOR, DADO QUE ESTO NO AFECTA DE FORMA CLÍNICA NI TÉCNICA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO SEAPARA CARDIOLOGÍA
616887	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.14	ENTENDEMOS QUE CUANTIFICACIÓN VASCULAR HACE REFERENCIA A ANGIOGRAFÍA POR SUSTRACCIÓN CON VISUALIZACIÓN VASCULAR ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
616888	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.14	EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE ES LO QUE REQUIERE PARA LA TERMINOLOGÍA CUANTIFICACIÓN VASCULAR CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN FORMATO DICOM	NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA
616889	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.29, PUNTO 1.14	ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBE CONTAR CON UNA UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN EL EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES Y EL INTERCAMBIO DE DATOS FUERA DE LÍNEA EN FORMATOS DICOM ¿ ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
616890	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	1. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.2 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 64 CORTES CON 32 DETECTORES FÍSICOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
616891	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	2. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.2 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 64 CORTES RECONSTRUIDOS POR ROTACIÓN (EN UN GIRO DE 360 GRADOS) A 0.33 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
616892	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	3. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.11 DE LA PARTIDA 54, NOS CONFIRME QUE EL OFERTAR UNA TECNOLOGÍA DE TOMOGRAFÍA DE 64 CORTES QUE BRINDE 15.1% LÍNEAS PAR POR CENTÍMETRO MEDIDAS AL 2% MTF NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA YA QUE, EN SITUACIONES CLÍNICAS TÍPICAS, LA PERCEPCIÓN VISUAL HUMANA DE LA RESOLUCIÓN ESPACIAL EN IMÁGENES DE TC TIENE SU LÍMITE ENTRE EL 5 Y EL 10% DE MTF. ("THE 10% VALUE (...) IS AN INDICATION OF THE MAXIMUM DETECTABLE SPATIAL FREQUENCY." FRIEDMAN ET AL, <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23635277/">HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/23635277/</a> , SECTION III.A ON PAGE 051907-5.) TODO LO QUE ESTÉ POR DEBAJO, INCLUIDO EL 2% DE MTF Y EL 0% DE MTF, NO PUEDE PERCIBIRSE VISUALMENTE Y, POR TANTO, NO APORTA NINGÚN BENEFICIO CLÍNICO. ADEMÁS, EL 0% DE MTF PUEDE INCLUSO NO SER REPRODUCIBLE MEDIANTE MEDICIONES DE FANTOMAS, YA QUE LAS CURVAS PUEDEN TENER UN DESPLAZAMIENTO Y NO LLEGAR NUNCA A CERO. TANTO EL VALOR MTF DEL 0% COMO EL VALOR DE CORTE MTF NO SON UNA BUENA ESPECIFICACIÓN PARA COMPARAR EL RENDIMIENTO (CLÍNICO) DE LOS SISTEMAS DE TC. EN CAMBIO, EL VALOR MTF DEL 2% OFRECE UNA ALTERNATIVA PARA OBTENER MEDIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS Y REPRODUCIBLES DE LA RESOLUCIÓN DE ALTO CONTRASTE, MIENTRAS QUE EL NÚMERO MTF CLÍNICAMENTE RELEVANTE SE SITÚA EN EL 10% MTF O SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN ESPACIAL VISUALMENTE PERCEPTIBLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
616893	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	4. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.4 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN DISCO DURO DE 960 GB SSD EN LA ELECTRÓNICA DEL EQUIPO, Y DE MANERA COMPLEMENTARIA UN DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1TB, EXCEDIENDO ASÍ LA CAPACIDAD SOLICITADA Y MANTENIENDO UNA MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616894	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	5. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.1 DE LA PARTIDA 54, NOS CONFIRME QUE SE REFIERE CON DESPLIEGUE DE IMAGEN A MATRIZ DE DESPLIEGUE ACORDE A PARÁMETROS DE RESOLUCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ATIENDA EL PUNTO 1.12.3 DE LA FICHA TÉCNICA

00000194



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEMOCRÁTICO  
DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616895	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	6. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.5 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UN QUEMADOR EXTERNO DE CD/DVD ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ SER PARTE DE LA CONSOLA DEL OPERADOR O ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN
616896	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	7. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL PUNTO 1.12.27 DE LA PARTIDA 54, NOS PERMITA SUMINISTRAR UNA CARTA DE FÁBRICA PARA JUSTIFICAR ESTE PUNTO. ESTO SE DEBE A QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA NO ESTÁ DESCRITA EN NUESTRA HOJA DE ESPECIFICACIONES. ¿SE ACEPTA ESTA SOLICITUD?	SE PODRÁ REFERENCIAR SOLO UN PUNTO DE LA FICHA TÉCNICA CON CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
616897	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	8. PUNTO 1.12.17 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA APLICACIÓN PARA CORAZON DEBE INCLUIR UNA ADQUISICIÓN SINCRONIZADA CON ECG, LA APLICACIÓN PARA CUANTIFICACIÓN DE CALCIO EN VASOS, ANGIOGRAFÍA PARA VASOS CORONARIOS, LA CUANTIFICACIÓN PARA DETERMINAR LA FUNCIÓN VENTRICULAR Y EL PROGRAMA QUE FACILITE LA PLANEACIÓN DE REEMPLAZO DE LA VALVULA AORTICA (TAVI) ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616898	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	9. PUNTO 1.12.23 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEREMOS INCLUIR EN LA PROPUESTA EL SOFTWARE PARA INTERVENCIONISMO GUIADO POR CT CONOCIDO COMO FLOURO CT Y EL HARDWARE PARA VISUALIZACIÓN EN SALA (MONITOR), PEDAL (PARA INICIAR EL DISPARO) Y CONTROL EN MESA O ÚNICAMENTE SUMINISTRAR UN EQUIPO QUE ESTE PREPARADO PARA ESTO EN EL FUTURO.	SE DEBE OFERTAR CON CON CRECIMIENTO A FUTURO
616899	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54	10. PUNTO 1.13.9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL EQUIPO A OFERTAR DEBE TENER INCLUIDA TAMBIEN LA APLICACIÓN DE PERFUSIÓN CORPORAL CUYA APLICACIÓN PERMITE DETERMINAR LA CAPTACIÓN DINÁMICA DE CONTRASTE EN ZONAS ALTERNAS PARA UNA EVALUACIÓN TOTAL DE TIPO DINÁMICO ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616900	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.1.3	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR AJUSTE DE KILOVOLTAJE DE 40 A 133 KV EN 47 PASOS PREDIFINIDOS, LO CUAL ES UN RANGO DE KV SUPERIOR AL SOLICITADO. LOS 47 PASOS PROPUESTOS SE ENCUENTRAN PREDEFINIDOS Y OPTIMIZADOS PARA ALCANZAR LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN SIN RADIACIÓN INNECESARIA A LOS PACIENTES, POR LO QUE SE TRATA DE UNA MEJORA TECNOLÓGICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616901	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.2.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO SISTEMA CON UN PUNTO FOCAL DE 0.8. CON ESTE ÚNICO PUNTO FOCAL MANEJAMOS VALORES DE ALTA Y BAJA POTENCIA QUE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA SON NECESARIOS DEPENDIENDO DEL ÓRGANO EN ESTUDIO, POR LO QUE, NUESTRO SISTEMA ES MÁS EFICIENTE YA QUE EL SISTEMA NO TIENE QUE CAMBIAR DE UN PUNTO FOCAL A OTRO PARA DICHAS EXPOSICIONES. AL MISMO TIEMPO EL TAMAÑO DEL PUNTO FOCAL NOS PERMITE GENERAR MENOS CALOR EN EL TUBO GARANTIZANDO SU USO DE MANERA CONTINUA SIN SOBRECALENTARSE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
616902	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.2.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO CON UN ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 122 KHU, EL CUAL DEBIDO A SU EFICIENCIA Y BAJO CALENTAMIENTO ES SUFICIENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616903	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.2.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TUBO CON GIRO DE 165 A -165 GRADOS, LO CUAL AL SER UN EQUIPO CON BRAZO CONTRAPESADO, CUMPLE CON EL MOVIMIENTO NECESARIO PARA REALIZAR TODAS LAS TOMAS NECESARIAS EN UN AMBIENTE CLÍNICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
616904	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.3.2	ENTENDEMOS QUE LA MEMORIA INTERNA PARA IMÁGENES PUEDE INCLUIRSE EN LA UNIDAD (EQUIPO) Y QUE LAS IMÁGENES SE DEBEN ENVIAR DE FORMA INALÁMBRICA DEL DETECTOR A LA UNIDAD (EQUIPO). LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL DETECTOR INALÁMBRICO ES UN ACCESORIO DEL EQUIPO Y NO CUENTA CON DISCO DURO EN SU ESTRUCTURA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION
616905	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONTROL REMOTO INALÁMBRICO YA QUE SE TRATA DE UNA MEJORA TECNOLÓGICA SOBRE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
616906	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 28 , PUNTO 1.17	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA TOUCH DE 17", LO CUAL NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616907	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.1.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO AL TÉRMINO: "FLUOROSCOPIA CONTINUA", MEDIANTE EL TÉRMINO "FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA VELOCIDAD A 30 PULSOS POR SEGUNDOS". NUESTRA ESCOPIA DE ALTA VELOCIDAD DE 30 PULSOS POR SEGUNDO ES EQUIVALENTE A LA FLUOROSCOPIA CONTINUA POR SU ALTA VELOCIDAD, LA CUAL EL OJO HUMANO PERCIBE COMO CONTINUA. ADICIONALMENTE ES UNA MEJORA TECNOLÓGICA YA QUE SE DISMINUYE LA DOSIS AL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616908	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.4.4.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE POR TEMAS DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL, NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LAS DIMENSIONES DEL ÁREA RADIOTRANSARENTE EN CM, LA CUAL EN NUESTRO SISTEMA ES DE 201CM X 53.5 CM. POR LO TANTO NUESTRA COBERTURA LONGITUDINAL DEL PACIENTE ES DE 201 CM, SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000195



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-88-017-909007976-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
REPRESENTANTE DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616909	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.6.1	AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL Y DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU INFORMACIÓN TÉCNICA NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO MEDIANTE LO SIGUIENTE: FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA: 30, 15, 10, 7.5 O 3 PULSOS POR SEGUNDO, MATRIZ DE 12-BIT (30 PULSOS POR SEGUNDO A ZOOM 0 Y 2) Y PARA LAS SERIES DFR(FLUORORRADIOGRAFÍA DIGITAL) Y DSA (ANGIOGRAFÍA DIGITAL SUSTRÁIDA) CON MATRIZ 1K X 1K O 1420 X 1436/12-BIT: 0.5, 1, 2, 4 O 8 IMÁGENES POR SEGUNDO (I/S: IMÁGENES/SEGUNDO). ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR, SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE SU EQUIVALENCIA
616910	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.6.2.	AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL DEL TÉRMINO: "EN TIEMPO REAL" Y DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU INFORMACIÓN TÉCNICA NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO MEDIANTE LO SIGUIENTE: DSA EN LÍNEA. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616911	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.7.1.1	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MONITORES DE ALTO CONTRASTE A COLOR DE 19 PULGADAS, YA QUE ESTOS SON APTOS PARA FLUOROSCOPIA Y NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
616912	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.7.1.3	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MONITORES DE ALTO CONTRASTE A COLOR DE 19 PULGADAS Y 10 BITS, YA QUE ESTOS SON APTOS PARA FLUOROSCOPIA Y NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
616913	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.8.3	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DETECTOR CON MATRIZ DE 2840 X 2874 YA QUE CADA CASA COMERCIAL MANEJA SU CADENA DE IMAGEN PARTICULAR, CON LA COMBINACIÓN DE PARAMETROS Y CARACTERÍSTICAS ÓPTIMA PARA OBTENER LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN POSIBLE ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616914	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 55 , PUNTO 1.8.5	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DETECTOR CON PROTECCIÓN PARA LIQUIDOS IPX0, YA QUE EL DETECTOR ES FIJO DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA MESA Y ESTÁ CUBIERTO POR AMBOS LADOS POR LA MISMA. POR LO TANTO NO HAY CASO PRÁCTICO BAJO EL CUAL EL DETECTOR TENDRÍA CONTACTO CON AGUA U OTROS FLUIDOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
616915	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.5.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TUBO DISIPACIÓN MÁXIMA DEL ÁNODO DE 40,500 HU/MIN, EL CUAL DEBIDO A SU EFICIENCIA Y BAJO CALENTAMIENTO ES SUFICIENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616916	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.5.6	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTE DATO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	SE PODRA REFERENCIAR SOLO UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA CON CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
616917	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.5.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ÁNODO DE 8520 RPM A 9300 RPM, YA QUE ESTO NO AFECTA EN LO ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616918	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.7.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE ROTACIÓN DEL BRAZO DE -180 GRADOS A +180 GRADOS, YA QUE CON ESTA ANGULACIÓN SE CUBREN LOS 360 GRADOS DE CIRCUNFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616919	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.10.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR FUERZA DE COMPRESIÓN DE 50 N A 200 N, LO CUAL SUPERA EL RANGO TOTAL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616920	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 1.19.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA NO CONTIENE ESTE DATO ESPECÍFICO AL SER BASADO EN UNA NOM MEXICANA. ¿SE ACEPTA?	SE PODRA REFERENCIAR SOLO UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA CON CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
616921	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 14 , PUNTO 3.2	ENTENDEMOS QUE EL TÉRMINO "HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES" SE REFIERE A QUE LA CONSOLA DEL OPERADOR DEL MASTOGRAFO CONTENGA UNA UNIDAD DE GRABADO DE IMÁGENES EN DISCO CON VISUALIZADOR DICOM INTEGRADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE A UN GRABADOR, ROTULADOR DE IMÁGENES EXTERNO CON VISUALIZADOR DICOM
616922	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.7.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TUBO DISIPACIÓN MÁXIMA DEL ÁNODO DE 40,500 HU/MIN, EL CUAL DEBIDO A SU EFICIENCIA Y BAJO CALENTAMIENTO ES SUFICIENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616923	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.7.6	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTE DATO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTRA LITERATURA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	SE PODRA REFERENCIAR SOLO UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA CON CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
616924	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.7.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ÁNODO DE 8520 RPM A 9300 RPM, YA QUE ESTO NO AFECTA EN LO ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616925	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.9.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE ROTACIÓN DEL BRAZO DE -180 GRADOS A +180 GRADOS, YA QUE CON ESTA ANGULACIÓN SE CUBREN LOS 360 GRADOS DE CIRCUNFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000196



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MÚLTIPLE

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616926	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 1.12.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR FUERZA DE COMPRESIÓN DE 50 N A 200 N, LO CUAL SUPERA EL RANGO TOTAL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
616927	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 2.2	ENTENDEMOS QUE SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO MEDIANTE UNA UNIDAD DE GRABACIÓN DE DISCOS QUE PERMITA INCLUIR UN VISUALIZADOR DICOM EN EL MISMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE A UN GRABADOR, ROTULADOR DE IMÁGENES EXTERNO CON VISUALIZADOR DICOM
616928	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 53 , PUNTO 3.2	ENTENDEMOS QUE EL TÉRMINO "HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES" SE REFIERE A QUE LA CONSOLA DEL OPERADOR DEL MASTOGRAFO CONTENGA UNA UNIDAD DE GRABADO DE IMÁGENES EN DISCO CON VISUALIZADOR DICOM INTEGRADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE A UN GRABADOR, ROTULADOR DE IMÁGENES EXTERNO CON VISUALIZADOR DICOM
616929	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	VISITA A INSTALACIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE EL HOSPITAL PODRÁ DOTAR DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO A 480 VOLTS. ENTRADA DELTA/SALIDA ESTRELLA CON 300 KVA LIBRES EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.	LA UNIDAD HOSPITALARIA PROPORCIONARÁ LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PARTIDA MENCIONADA
616930	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	VISITA A INSTALACIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME QUE TODO EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ENTRE SUBESTACIÓN Y LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁ SER SUMINISTRADO EN COBRE POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
616931	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	VISITA A INSTALACIONES	ENTENDEMOS QUE, PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, ¿CUALQUIERA QUE SEA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL O MEJOR TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA ADECUACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CORRE POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.
616932	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	VISITA A INSTALACIONES	ENTENDEMOS QUE LOS ALCANCES DE LAS ADECUACIONES SOLO COMPRENDERÁN SALA DE EXPLORACIÓN Y CUARTO DE CONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA PREGUNTA NO ESTA CORRECTAMENTE REFERENCIADA.
616943	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIONONTA NOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 1 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	EN EL ANEXO 1.2 DE LA PARTIDA 1 NO SE DESCRIBEN LAS DIMENSIONES REQUERIDAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS SEAN PROPORCIONADAS TANTO LAS DIMENSIONES INTERNAS, COMO EXTERNAS, ASÍ COMO LA TOLERANCIA PERMITIDA.	LAS DIMENSIONES DEBERÁN BASARSE DE ACUERDO A LO SEMBRADO EN EL PLANO DE PL.
616944	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIONONTA NOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 1 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	EN REACCIÓN CON LA PARTIDA 1, CONFORME A LOS PLANOS Y LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DURANTE LA VISITA TÉCNICA, EL LUGAR DE INSTALACIÓN DE LA CAMPANA ES EN EL NIVEL 1. UNA PIEZA SE COLOCARÁ EN EL ÁREA DE UCIA, Y OTRA PIEZA SE COLOCARÁ EN EL ÁREA DE QUIMIOTERAPIA, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 1 ES COMÚN PARA AMBAS PIEZAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS MENCIONE SI EL USO Y APLICACIÓN DE LA PIEZA QUE SE COLOCARÁ EN EL ÁREA DE QUIMIOTERAPIA SERÁ PARA PREPARAR MEDICAMENTOS ANTINEOPÁSICOS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
616945	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIONONTA NOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 17 REFRIGERADOR PARA CADAVERES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONES LA ALTURA DE LAS PUERTAS DE ACCESO AL LABORATORIO.	LA ALTURA EN LAS PUERTAS DE ACCESO ES DE 2.60 MTS
616946	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIONONTA NOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 17 REFRIGERADOR PARA CADAVERES	EN PUNTO 1.14 DEL ANEXO 1.2 SE MENCIONAN LAS DIMENSIONES 225 X 95 X 220 CM +10 POR CIENTO INCLUYENDO EQUIPO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI ESTÁS MEDIDAS SON EXTERNAS.	SON EXTERNAS
616947	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIONONTA NOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 17 REFRIGERADOR PARA CADAVERES	DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS DE LOS ACCESOS Y LAS DIMENSIONES REQUERIDAS DEL REFRIGERADOR, OBSERVAMOS QUE EL ACCESO ES POR LA SALA DE AUTOPSIAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE LOS REFRIGERADORES ANTES QUE LA MESA DE AUTOPSIAS ESTÉ INSTALADA, ¿ES POSIBLE ESTA SOLICITUD?	SE CONSIDERA DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL EQUIPO
616948	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIONONTA NOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 17 REFRIGERADOR PARA CADAVERES	EN PUNTO 2.1 DEL ANEXO 1.2 SE MENCIONA UN CARRO ELEVADOR PARA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE BANDEJAS DEL REFRIGERADOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CUENTAN CON UN ESPACIO DESTINADO PARA EL ALMACENAJE DEL MISMO O ESTE DEBERÁ TENER UN ESPACIO EN EL REFRIGERADOR.	SE CUENTA CON EL ESPACIO DESTINADO AL CARRO ELEVADOR
616949	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIONONTA NOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 44 CAMPANA DE HUMOS	EN EL PUNTO 1.1 DEL ANEXO 1.2 MENCIONA QUE EL MATERIAL DEBE SER DE HACERO INOXIDABLE 304, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE MATERIAL ES SOLO EN INTERIORES Y EXTERIORES O BASTA CON SER INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE 304.	DEBERÁ SER INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304

36100000

00000197



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
616950	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS REGIOMONTANOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 44 CAMPANA DE HUMOS	EN PUNTO 1.2 DEL ANEXO 1.2 REFERENTE A LAS DIMENSIONES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SON DIMENSIONES INTERNAS O EXTERNAS, ASÍ COMO LA TOLERANCIA PERMITIDA.	SON EXTERNAS, CON TOLERANCIA DE ±10%
616951	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS REGIOMONTANOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 44 CAMPANA DE HUMOS	EN PUNTO 1.3 DEL ANEXO 1.2 MENCIONAN QUE LA EXTRACCIÓN DEL HUMO ES HACIA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, CONFORME A LOS PLANOS PROPORCIONADOS Y LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DURANTE LA VISITA TÉCNICA, EL LUGAR DE INSTALACIÓN DE LA CAMPANA ES EN LA PARTE CENTRAL DE LA PLANTA BAJA ¿HACIA DONDE SE PODRÁ TENDER EL DUCTO PARA SUBIRLO DESPUES HACIA EL TECHO?	LA UNIDAD HOSPITALARIA REALIZARÁ LA ADECUACIÓN DE OBRA CIVIL CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO OPERE DE MANERA NORMAL
616952	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS REGIOMONTANOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 44 CAMPANA DE HUMOS	EN EL PUNTO 6.1 DEL ANEXO 1.2 RELACIONADO AL VOLTAJE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI HAY ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 VAC MONOFÁSICA, 60 HZ.	LA UNIDAD HOSPITALARIA PROVEERA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA QUE REQUIERE EL EQUIPO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EN LA FICHA TÉCNICA
616972	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES	ES CORRECTO ENTENDER QUE AL NO OFERTA NINGUNA DE LAS PARTIDAS MENCIONADAS EN ESTE NUMERAL, PODREMOS PRESENTAR EL ANEXO 1.4 "ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS" CON LA LEYENDA "NO APLICA" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
616973	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.16.2 FIRMA DEL CONTRATO, PARA PERSONAS MORALES 5 CÉDULA IDENTIFICACIÓN FISCAL	EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL, PODREMOS PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL VIGENTE AL MES EN CURSO. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE DEBERA PRESENTAR DICHA CONSTANCIA VIGENTE PARA LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO JURIDICO
617214	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.16.2 FIRMA DEL CONTRATO, PARA PERSONAS MORALES: NUMERAL 8	EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL, PODREMOS PRESENTAR UNA CAPTURA 2D DONDE SE MUESTRE QUE MI REPRESENTADA ESTÁ INSCRITA EN DICHO MÓDULO ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.16.2 FIRMA DE CONTRATO "PARA PERSONAS MORALES NUMERO 8. COPIA DE LA CONSTANCIA DE ALTA EN EL MÓDULO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
617215	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6 DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REALIZAR EL FOLIO DE NUESTRA PROPUESTA DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE COMPRANET, ESTO PARA QUE LOS DOCUMENTOS LLEVEN UNA CONTINUIDAD Y UN FOLIO CONSECUTIVO. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
617216	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE DENTRO DE LA ESTRATIFICACIÓN MIPYMES, NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO 6 CON LA LEYENDA DE "NO APLICA". ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
617217	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL, SE PODRÁ PRESENTAR UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA DONDE SE DESCRIBAN BIENES CON CARÁCTERÍSTICAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN OFERTANDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617218	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL, SE PODRÁ PRESENTAR UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA DONDE SE DESCRIBAN BIENES CON CARÁCTERÍSTICAS SIMILARES A LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN OFERTANDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617219	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1.1 RELACIÓN DE LOS BIENES	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 1.1, ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARLO EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
617220	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1.7 FORMATO DE APERTURA E INSTALACIÓN DEL BIEN	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 1.7, SOLO LO DEBERÁ DE PRESENTAR EL LICITANTE ADJUDICADO Y NO SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARLO EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
617221	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1.8 FORMATO PARA REPORTE DE DESVIACIONES EN LA CALIDAD DE INSUMOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 1.8, SOLO LO DEBERÁ DE PRESENTAR EL LICITANTE ADJUDICADO Y NO SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARLO EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
617222	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 22	ANEXO 22 - MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES.  PREGUNTA: EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO OFERTE EQUIPOS DE ORIGEN NACIONAL, ESTE ANEXO LO PODREMOS PRESENTAR CON LA LEYENDA DE "NO APLICA" ¿SE ACEPTA? PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE ACEPTA. POR LO QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 23 Y 24 SEGÚN LE APLIQUEN.

76100000

00000198



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REPUBLICANISMO Y INDEPENDENCIA  
DEL MAYAB

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617223	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 23	ANEXO 23 - MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES.  PREGUNTA: EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO OFERTE EQUIPOS DE ORIGEN NACIONAL, ESTE ANEXO LO PODREMOS PRESENTAR CON LA LEYENDA DE "NO APLICA" ¿SE ACEPTA? PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE ACEPTA. POR LO QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 22 Y 24 SEGÚN LE APLIQUEN.
617224	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 24	ANEXO 24 - MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES.  PREGUNTA: EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO OFERTE EQUIPOS DE ORIGEN EXTRANJERO, ESTE ANEXO LO PODREMOS PRESENTAR CON LA LEYENDA DE "NO APLICA" ¿SE ACEPTA? PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE ACEPTA. POR LO QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO DEBERA REQUISITAR LOS ANEXOS 22 Y 23 SEGÚN LE APLIQUEN.
617225	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA	EN EL SUPUESTO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE ALGUNO DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE SOLICITA ESPECIFIQUE QUE ANEXOS NO LE SON APLICABLES, A EFECTO DE DAR OPORTUNA RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO
617226	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA RELACIONADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DONDE SE DESCRIBAN BIENES CON CARÁCTERISTICAS SIMILARES A LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN OFERTANDO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617227	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL, SE PODRÁ PRESENTAR UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA RELACIONADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DONDE SE DESCRIBAN BIENES CON CARÁCTERISTICAS SIMILARES A LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN OFERTANDO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617228	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA CON UN PERIODO DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DONDE SE DESCRIBAN BIENES CON CARÁCTERISTICAS SIMILARES A LAS PARTIDAS QUE SE OFERTAN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617229	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL, SE PODRÁ PRESENTAR UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA CON UN PERIODO DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DONDE SE DESCRIBAN BIENES CON CARÁCTERISTICAS SIMILARES A LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN OFERTANDO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617230	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE CANCELACIÓN Y/O LIBERACIÓN EMITADA POR LA AFIANZADORA EN DONDE SE INDIQUE QUE NO HA EXISTIDO RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617231	AUG SA DE CV	TÉCNICO	6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NÚMERO DE INGENIEROS DE SERVICIO QUE SE DEBEN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE ACLARAR.	AL MENOS UN INGENIERO POR PARTIDA OFERTADA
617232	AUG SA DE CV	TÉCNICO	6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA/CONSTANCIA LABORAL EN HOJA MEMBRETADA DEL PERSONAL PRESENTADO EN LA PROPUESTA LA CUAL INDIQUE QUE DICHO PERSONAL HAN PRESTADO SUS SERVICIOS COMO INGENIEROS EN DIFERENTES INSTITUCIONES HOSPITALARIAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617233	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/P. 25 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL / TODA LA FICHA	SE LE SOLICITA A LA AMBLE CONVOCANTE, NOS ACLARE SI ES NECESARIO OFERTAR TODO LOS PUNTOS EN LOS CUALES CONLLEVEN EL SELLADO DE VASOS, YA QUE ENTENDEMOS QUE UNA UNIDAD DE USO GENERAL NO REQUIERE TECNOLOGÍA PARA SELLADO DE VASOS, POR LO CUAL ENCARECERÍA LA PROPUESTA ECONÓMICA. FAVOR DE ACLARAR.	ES NECESARIO OFERTAR TODOS LOS PUNTOS DEL SELLADO DE VASOS
617234	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/P. 24 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA/ TODA LA FICHA	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS ACALARE SI LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA ES DE EFECTIVAMENTE CON SELLADO DE VASOS, PUESTO QUE EL TÍTULO NO MENCIONA SELLADO DE VASOS, UNIDAD CON TECNOLOGÍA ULTRASONICA Y ALGUNOS PUNTOS DE LA FICHA DAN A ENTENDER QUE ES UNA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ OFERTAR CON SELLADO DE VASOS
617235	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/ UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA/ PUNTO 1.4.5	DICE " CAPACIDAD DEL SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO , GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL DE 3MM" SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR UNA HUELLA TÉRMICA DE 5.6 MM EN LA CUAL "HUELLA TÉRMICA = ANCHO DE PINZA + DAÑO TÉRMICO". LA PINZA MIDE 1.92 MM DE ANCHO Y EL DAÑO TÉRMICO SERÍA DE 3.68 MM COMO MÁXIMO. ESTO CON EL FIN DE PODER FORMAR VASOS QUE SOPORTEN UNA	PODRÁ OFERTAR SIEMPRE QUE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

00000198



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-88-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PRESION DE HASTA 1465 MMHG, TENIENDO 3 VECES MÁS A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	
617236	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOTÉCNICO/REFRIGERADORPARALABORATORIOUSORUTINARIO14PIES CÚBICOS./ PUNTO 1.3	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 2 A 8 GRADOS CENTRIGRADOS DE TEMPERATURA, CONFIGURABLE SOLO POR EL FABRICANTE. ESTO CON EL FIN DE NO TENER VARIACIONES DE TEMPERATURA POR MAL USO DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617237	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/ REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS./1.7	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN REGISTRADOR EN VEZ DE UN TERMOGRAFICADOR. TENIENDO LA MISMA FUNCIONALIDAD, PERO CON DIFERENTES TECNOLOGÍAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617238	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRI. PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS./ 1.10.3	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA ALARMA DE PUERTA CON TIEMPO PREDETERMINADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL NO ES CONFIGURABLE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617239	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRI. PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS./1.12.1	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR SOLAMENTE UN INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, ESTO CON EL FIN DE NO TENER A FUTURO DESCARAPELAMIENTOS DEL REVESTIMIENTO. PUESTO QUE ESTA COMPROBADO QUE TIENE UNA DURACIÓN MUY CORTA POR EL RANGO DE TEMPERATURA SOLICITADO. ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617240	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRI. PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS./1.13	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, QUE CON EL ACERO INOXIDABLE 403, SEA MÁS QUE SUFICIENTE YA QUE ESTE TIPO DE ACERO POR SU ALTO BAJO CONTENIDO EN CARBONO Y ALTO CONTENIDO EN CROMO, SEA ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LA FATIGA ANTE EL CALOR, POR LO QUE SE TRADUCE EN MENOR PROLONGACIÓN DE BACTERIAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617241	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRI. PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS./3.1	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR EL ISO 9001, YA QUE LA NOM-241-SSA1-2012 HABLA SOBRE LA NORMA DE EQUIPOS MÉDICOS, LA CUAL NO APLICARÍA PARA ESTA PARTIDA, YA QUE COFEPRIS EXPIDE UNA CARTA A QUIENES TIENE BAJO RIESGO, POR LO CUAL LE REITERAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE EL ISO 9001 O EN SU DEFECTO EL ISO 9001 ANEXANDO LA CARTA EXPEDIDA POR COFEPRIS EN LA CUAL INDICA QUE NO NECESITA REGISTRO SANITARIOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617242	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRIG. VERTICAL PARA LAB. CAP. 20 PIES CUB./1.3	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 2 A 8 GRADOS CENTRIGRADOS DE TEMPERATURA, CONFIGURABLE SOLO POR EL FABRICANTE. ESTO CON EL FIN DE NO TENER VARIACIONES DE TEMPERATURA POR MAL USO DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617243	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRIG. VERTICAL PARA LAB. CAP. 20 PIES CUB./1.10.3	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, YA QUE UN SISTEMA CON CONEXIÓN REMOTA A LA CENTRAL DE MONITOREO ES MUCHO MÁS COSTOSO PORQUE SE NECESITA UN MÓDULO INTERNO, MÓDULO EXTERNO Y UNA LICENCIA DE SOFTWARE, LA CUAL SERÍA DE MUCHO IMPACTO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA Y MÁS GASTO A LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617244	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRIG. VERTICAL PARA LAB. CAP. 20 PIES CUB./1.10.5	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, YA QUE CON BATERÍA QUE SOLICITAN AFECTARÍA LA TECNOLOGÍA QUE INTEGRA EL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA DE ESTE EQUIPO Y SE ANULARIA, YA QUE AL ESTAR CARGANDO LA BATERIA Y ESTAR USANDO UNA CORRIENTE ALTERNA, SERÍA UN CONSUMO ALTO, ADEMÁS QUE SE ENCARRECERÍA POR LA BATERÍA, EL CONVERTIDOR DE CORRIENTE ALTERNA A CORRIENTE CONTINUA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617245	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRIG. VERTICAL PARA LAB. CAP. 20 PIES CUB./1.12.1	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR SOLAMENTE UN INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, ESTO CON EL FIN DE NO TENER A FUTURO DESCARAPELAMIENTOS DEL REVESTIMIENTO. PUESTO QUE ESTA COMPROBADO QUE TIENE UNA DURACIÓN MUY CORTA POR EL RANGO DE TEMPERATURA. ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617246	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRIG. VERTICAL PARA LAB. CAP. 20 PIES CUB./1.12.2	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN ENTREPAÑO DE ALAMBRO TROPICALIZADO PREPINTADO. ESTO CON EL FIN DE DAR MÁS OPORTUNIDAD AL MERCADO MEXICANO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617247	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRIG. VERTICAL PARA LAB. CAP. 20 PIES CUB./1.13	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, QUE CON EL ACERO INOXIDABLE 403, SEA MÁS QUE SUFICIENTE YA QUE ESTE TIPO DE ACERO POR SU ALTO BAJO CONTENIDO EN CARBONO Y ALTO CONTENIDO EN CROMO, SEA ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LA FATIGA ANTE EL CALOR, POR LO QUE SE TRADUCE EN MENOR PROLONGACIÓN DE BACTERIAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617248	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO/REFRIG. VERTICAL PARA LAB. CAP. 20 PIES CUB./3.1	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR EL ISO 9001, YA QUE LA NOM-241-SSA1-2012 HABLA SOBRE LA NORMA DE EQUIPOS MÉDICOS, LA CUAL NO APLICARÍA PARA ESTA PARTIDA, YA QUE COFEPRIS EXPIDE UNA CARTA A QUIENES TIENE BAJO RIESGO, POR LO CUAL LE REITERAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE EL ISO 9001 O EN SU DEFECTO EL ISO 9001 ANEXANDO LA CARTA EXPEDIDA POR COFEPRIS EN LA CUAL INDICA QUE NO NECESITA RS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617249	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO/ 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	DICE "SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA EN FORMATO PDF DE LOS BIENES DE LA (S) PARTIDA (S) QUE ESTA OFERTANDO, QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE	NO SE ACEPTA

00000200



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA." SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO " CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" CON UNA CARTA EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN PÚBLICA, LA CUAL MENCIONA QUE NUESTRAS FIANZAS Y CARTAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN LIBERACIÓN, LA CUAL FUE EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	
617250	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO - CARRO ROJO	DICE, 1.2.1 DE MATERIAL O POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR COMO, ESTRUCTURA DE ABS DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617251	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO - CARRO ROJO	DICE, 1.2.4 CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, DE 12.5CM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR COMO, 4 RUEDAS CON SISTEMA DE FRENADO, ANTIESTÁTICAS Y GIRATORIAS. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL TAMAÑO ESPECIFICADO
617252	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO - CARRO ROJO	DICE, 1.2.5 CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR COMO, 4 RUEDAS CON SISTEMA DE FRENADO, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617253	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO - CARRO ROJO	DICE, 1.2.5, UN CAJÓN CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLE PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN, CUATRI DIVISIONES COMO MÍNIMO. CON DIVISIONES INTERNAS GRANDES Y CHICAS PARA LA COLOCACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR COMO, CON DIVISIONES INTERNAS GRANDES Y CHICAS PARA LA COLOCACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617254	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO - CARRO ROJO	DICE 1.6. DESFIBRILADOR, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617255	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO - CARRO ROJO	DICE, 1.6.1. PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y DOMO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA) CARDIOVERSIÓN Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO, MANEJO INTUITIVO. EL SELECTOR MANUAL LE PROPORCIONA UN MANEJO INTUITIVO PARA LA SELECCIÓN DE ENERGÍA Y LA SELECCIÓN DE MODOS COMO LA DEA, MONITOREO, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN BÁSICA Y LOS MODOS DE MARCAPASO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617256	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO - 6.3 REGISTRO SANITARIO	DICE "EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUUESTA TÉCNICA OBLIGATORIAMENTE EN FORMATO PDF LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN (QUE LE APLIQUEN). LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS EN FORMATO PDF DEBERÁN CITARSE EN EL ANEXO 1.2. TODOS LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS POR BIEN, EN CASO CONTRARIO SE DESECHARÁ LA PROPUESTA. LA MARCA Y MODELO DE LOS EQUIPOS DEBERÁN CORRESPONDER A LO OFERTADO EN EL ANEXO 19 Y EL ANEXO 1.2." ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO ES SUFICIENTE CON PRESENTAR EN SU PROPUUESTA TÉCNICA OBLIGATORIAMENTE EN FORMATO PDF LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN (QUE LE APLIQUEN SIN IMPORTAR EL ORIGEN DE LOS BIENES, SIEMPRE CUANDO LOS CERTIFICADOS ESTEN VIGENTES). LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS EN FORMATO PDF DEBERÁN CITARSE EN EL ANEXO 1.2. TODOS LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADOS POR BIEN, EN CASO CONTRARIO SE DESECHARÁ LA PROPUESTA. LA MARCA Y MODELO DE LOS EQUIPOS DEBERÁN CORRESPONDER A LO OFERTADO EN EL ANEXO 19 Y EL ANEXO 1.2. FAVOR DE CONFIRMAR.	NO ES CORRECTO, DEBERA APEGARSE A BASES
617257	AUG SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO - 6. PROPUESTA TÉCNICA	EN CASO DE NO PODER REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TÉCNICA; SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR PUNTO CON IMÁGENES O CON CARTAS COMPROMISO EN LA QUE CONTATE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON DICHA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA CARTAS COMPROMISO Y SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
617260	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.11 FORMA DE PRESENTAR LA PROSICION	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DERIVADO DE QUE ES UN PROCEDIMIENTO 100% ELECTRÓNICO, PODREMOS PRESENTAR CON FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (IMAGEN ESCANEADA DE LA FIRMA) EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRARAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (ANEXOS, CARTAS MANIFIESTO, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA, ETC.), LO ANTERIOR YA QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE DICHA PROPUESTA SE FIRMARÁ ELECTRÓNICAMENTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA E: FIRMA, ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE DEBERÁ APEGARSE AL NUMERAL 6.1 ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO E) DE LA CONVOCATORIA.
617262	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS (INCISO E)	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 2 FOLIOS VER PAG 36 DE CONVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI, ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FOLIOS SOLO SON DOS, UNO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y RESTO DE LOS DOCUMENTOS Y OTRO FOLIO PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	

00000000

00000201



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617277	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1 ELABORACION DE LAS PROPUESTAS (INCISO E)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA EN CASO DE QUE EXISTA OMISIÓN TOTAL DE FOLIO, NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	LA CONVOCANTE RESPONDE: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
617278	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARAMETROS DE COMPRANET	EN COMPRANET VIENE 1 ESPACIO(PARÁMETRO) PARA CADA PARTIDA Y ESTA COMO QUE SE DEBE DE CARGAR ALGÚN DOCUMENTO DE FORMA OBLIGATORIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE NO PARTICIPAR PARA ALGUNA PARTIDA, BASTARÁ CON CARGAR UN DOCUMENTO DE LA PARTIDA EN LA QUE NO PARTICIPA MI REPRESENTADA QUE INDIQUE QUE NO PARTICIPA	LA CONVOCANTE RESPONDE: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
617295	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. PUNTO: 1.2.15.4.- CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITAN OFERTAR ESTE NUMERAL COMO CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL Y/O CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN CON MODO ENDOSCOPIA, CON SELECCIÓN EN PANEL DE CONTROL DEL SATÉLITE Y MANGO ESTÉRIL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
617296	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED.	PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. PUNTO: 1.2.14.4.- CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITAN OFERTAR ESTE NUMERAL COMO CAMBIO DE LUZ PARA CIRUGÍA AMBIENTAL Y/O CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN CON MODO ENDOSCOPIA, CON SELECCIÓN EN PANEL DE CONTROL DEL SATÉLITE Y MANGO ESTÉRIL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
617297	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.3.2.- AJUSTE VERTICAL DE 119 CM Y ABATIBLE A +45°/-50°.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +-1%, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617298	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 150 A 280 MM.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITAN OFERTAR ESTE NUMERAL COMO DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DENTRO DEL RANGO DE 180 A 320 MM, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617299	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.4.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 A 20% DE 1000 MM A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE Y SIN REENFOQUE.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 A 20% MAYOR A LA SOLICITADA, NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR DEMOSTRANDO QUE ES TECNOLOGÍA SUPERIOR, SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617300	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.4.6.- ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 525 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON UN TOTAL DE 160,000 LUXES  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE <600 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON UN TOTAL DE 160,000, DE CONFORMIDAD A LA IEC 60601-2-41, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617301	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.4.9.5.- BOTÓN PARA SELECCIÓN DE COLOR DE LA ILUMINACIÓN AMBIENTAL, HASTA 15 VARIACIONES DE COLOR.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA DE 3000° A 5500° K, SELECCIONABLE EN 6 PASOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, ¿SE ACEPTA?	PUEDER OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617302	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO: 1.5.1.- GRADO MÉDICO, INTERCONSTRUIDA CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE 7 HORAS Y TIEMPO MÁXIMO DE RECARGA AL 100% DE LAS BATERÍAS DE 6 HORAS COMO MÁXIMO.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE NUMERAL COMO UPS CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE 3 HORAS, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
617303	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO: 1.4.- CON SISTEMA DE FRENOS, MEDIANTE PIVOTES DE ANCLAJE.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE FRENOS CENTRALIZADO Y ACCIONADO DESDE EL CONTROL DE MANO Y DESDE EL CONTROL EN LA COLUMNA, ¿SE ACEPTA?	PUEDER OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000202



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
AÑO DE

Felipe Carrillo

PUERTO

SECRETARIO DEL GOBIERNO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PUEBLO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617304	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO: 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR UNA MESA ELECTROHIDRÁULICA CON CONTROL ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE UN MANDO Y DE COLUMNA, ESTE MOVIMIENTO DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN (NEFRECTOMÍA), TAMBIÉN DEBERÁ SER ELECTROHIDRÁULICO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
617305	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	PARTIDA 15 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA PUNTO: 1.13.- BEBERÁ ESTAR CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE 304 L DE 16 GAUGES, SOLDADA CON ARGÓN Y PULIDA.  PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO ÚNICAMENTE COMO MESA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304L YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA CONSTATAR LA CALIDAD DEL ACERO DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACERO INOXIDABLE
617306	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PUNTO: 1.4.2.- POSICIÓN DE LA CUCHILLA Y PORTACUCHILLAS CON PROTECCIÓN PARA DEDOS.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL OFERTAR PROTECCIÓN PARA LAS CUCHILLAS, ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, AL SER UN RECUBRIMIENTO QUE SE COLOCA SOBRE LA CUCHILLA MIENTRAS EL USUARIO POSICIONA LA MUESTRA PARA REALIZAR LOS CORTES, PARA EVITAR CORTADURAS, ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617307	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PUNTO: 1.4.3.- ESPESOR DEL CORTE DE 1 A 100 MICRAS EN PASOS DE 1 MICRA  PREGUNTA: PARA FINES DE REFERENCIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO ALCANCE DE TALLADO DE 1 A 100 MICRAS EN PASOS DE 1 MICRA, TODA VEZ QUE SE CUMPLE CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617308	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PUNTO: 1.4.4.- DESBASTE DE LA MUESTRA (CORTE GRUESO) DE 1 MICRA O MENOR A 500 MICRAS O MAYOR POR VUELTA.  PREGUNTA: ENTENDIENDO QUE EL TAMAÑO DE LAS BIOPSIAS ES VARIABLE, Y EN ALGUNOS CASOS LA CANTIDAD DE TEJIDO ES POCA O EL ÁREA DE INTERÉS ES DEMASIADO PEQUEÑA ENTENDEMOS QUE TENER UN DESBASTE O TALLADO DE LA MUESTRA MENOR, MINIMIZARA LA POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEL TEJIDO, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DESBASTE DE LA MUESTRA DE 1 MICRA A 100 MICRAS POR VUELTA, ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617309	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN	PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PUNTO: 1.8.- SISTEMA RECOLECTOR DE CONDENSADOS CON FILTRO HEPA.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL OFERTAR UN SISTEMA RECOLECTOR DE CONDENSADOS, CON FILTRO, ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617310	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.3.- MOVIMIENTO VERTICAL DE LA MUESTRA: 60 MM COMO MÍNIMO.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN MOVIMIENTO VERTICAL DE LA MUESTRA: 59 MM, CARACTERÍSTICA QUE NO LIMITA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617311	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.4.3.- ROTACIÓN: 360°  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA ROTACIÓN DE 90°, CARACTERÍSTICA QUE NO LIMITA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES UNA ROTACIÓN DE 180°
617312	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.8.- CONTROL DE LA POSICIÓN DE LA CUCHILLA O DISTANCIA DE ALINEACIÓN RESPECTO A LA CUCHILLA.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA FINES DE REFERENCIA, NOS PERMITA OFERTAR ESTE NUMERAL COMO "DESPLAZAMIENTO DE LA BASE DEL PORTACUCHILLAS: NORTE/SUR Y ESTE/OESTE", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617313	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.9.- PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO O LED PARA DESPLIEGUE DE LOS VALORES DE CONTROL AL MENOS ESPESOR DEL CORTE Y NÚMERO DE CORTES.	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

00000203



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV			PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, AL SER UN EQUIPO ROTATORIO MANUAL, ESTE NUMERAL SE PUEDA OFERTAR COMO INDICADOR DEL ESPESOR DEL CORTE, AJUSTADO MEDIANTE PERILLA DE CONTROL, ¿SE ACEPTA?	
617314	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.12.- CON ANGULACIÓN DE LA CUCHILLA.  PREGUNTA: PARA FINES DE REFERENCIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE NUMERAL COMO ÁNGULO DE SEPARACIÓN PARA EL PORTACUCHILLAS DE 0-10°, ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617315	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.13.- TAMAÑO DE MUESTRA: 50MM LARGO X 60MM X 40MM ALTO.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR DOS TAMAÑOS DE MUESTRAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL; PORTAMUESTRAS DE 40X40MM Y PORTAMUESTRAS DE 50 X55 MM, TODA VEZ QUE ESTA CARACTERÍSTICA, PERITE AL USUARIO MAYOR MARGEN DE SELECCIÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617316	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.14.- CON CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL OFERTAR UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, ¿ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, ¿ES CORRECTO?	PUEDA REFENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617317	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.15.- BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, AL SER UN EQUIPO ROTATORIO MANUAL, ESTE NUMERAL SE PUEDA OFERTAR COMO UN SISTEMA DE BLOQUEO DE LA RUEDA MANUAL DE CORTE, ¿SE ACEPTA?	PUEDA REFENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617318	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.16.- PROTECCIÓN ANTICORTE PARA PORTA CUCHILLAS.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL OFERTAR UN PROTECTOR DE CUCHILLAS, ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, ¿ES CORRECTO?	PUEDA REFENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617319	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PUNTO: 1.17.- CON LUZ POSTERIOR PARA TRANSILUMINACIÓN DE MUESTRAS.  PREGUNTA: CON EL FIN DE LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE NUMERAL DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617320	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 38 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS	PARTIDA 38 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS  PUNTO: 1.3.2.- CANASTILLAS CONTENEDORAS DE CASETES EN DIFERENTES CAPACIDADES, DE ACERO INOXIDABLE.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 CANASTILLAS CON CAPACIDAD DE 150 CASSETES CADA UNA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE NUESTRO PROCESADOR ES DE 300 CASSETES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617321	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 38 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS	PARTIDA 38 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS  PUNTO: 1.5.2.- TAPA POR CONTENEDOR DE BAÑO DE PARAFINA.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE DEBIDO QUE PARA NUESTRO EQUIPO NO ES FUNCIONAL COLOCAR UNA TAPA SOBRE LOS CONTENEDORES YA QUE EN LA SECCIÓN SUPERIOR SE ENCUENTRA EL TUBO DE CONEXIÓN PARA LA MANGUERA DE SUCCIÓN DE LA PARAFINA HACIA LA CÁMARA DE PROCESAMIENTO, ADEMÁS DE QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN SISTEMA DE DESGASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PARAFINA EL CUAL ENVÍA EL AIRE CARGADO DE VAPOR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617322	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 38 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS	PARTIDA 38 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS  PUNTO: 1.5.2.- TAPA POR CONTENEDOR DE BAÑO DE PARAFINA.  PREGUNTA: SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUE NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO TAPA PARA EL CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PARAFINA ¿SE ACEPTA?	LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA
617323	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL  PUNTO: 1.2.1.- DOS PUNTOS FOCALES DE 1.3 MM. Ó MENOR Y DE 0.7 MM. O MENOR.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR DOS PUNTOS FOCALES, UNO DE 1.3 MM Y OTRO DE 0.8 MM YA QUE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE CUMPLE CON LOS	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

00000204



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
AÑO DE

Felipe Carrillo  
PUERTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				REQUERIMIENTOS CLÍNICOS DE TODOS LOS EXÁMENES RADIOGRÁFICOS QUE SE PUEDAN HACER CON UN EQUIPO PORTÁTIL. ¿SE ACEPTA?	
617324	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL  PUNTO: 1.2.2.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300 KHU. Ó MAYOR.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 120 KHU O MAYOR YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA SOPORTAR EL CALOR QUE GENERA UN EQUIPO DE 30 KW DE POTENCIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617325	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL  PUNTO: 1.6.CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 6,000 IMÁGENES O MAYOR.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 512 GB YA QUE CON ESTO SE PODRÁ ALMACENAR MÁS DE 6000 IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA COLOQUE LA EQUIVALENCIA, SIN ESTA, NO SE ACEPTA
617326	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL  PUNTO: 1.3.4.- TAMAÑO DE 35 CM C 43 CM (14" X 17") CON AL MENOS 300 KG DE CAPACIDAD DE CARGA  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DIGITAL PLANO DE AL MENOS 150 KG DE CAPACIDAD DE CARGA YA QUE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR UN RAYOS X PORTÁTIL NO ES NECESARIO QUE EL PACIENTE RECARGUE TODO SU CUERPO EN EL DETECTOR Y 150 KG SON MÁS QUE SUFICIENTES PARA SOPORTAR CUALQUIER EXTREMIDAD ASÍ COMO EL PESO DEL TÓRAX O LA ZONA PÉLVICA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
617327	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL  PUNTO: 1.12.8.- DICOM MPSS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP)  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A MPPS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP). ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
617328	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA  PUNTO: 1.18.- HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO ENTRE 20% Y 85%, SIN CONDENSACIÓN.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UNA HUMEDAD RELATIVA DE 30 A 85% YA QUE SE QUE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617329	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA  PUNTO: 3.3.- QUINIENTOS MOLDES DE INCLUSIÓN DESECHABLES PARA HISTOLOGÍA, FABRICADOS EN MATERIAL PVC CON SOPORTE DE INTERCAMBIO TÉRMICO, CON ESQUINAS EDONDEADAS Y DIMISIONES INTERNAS 1.5 X 1.5 CM.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO 50 MOLDES DE INCLUSIÓN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES 15 X 15 X 5 MM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LO DEMAS PARTICIPANTES
617330	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA  PUNTO: 3.4.- QUINIENTOS MOLDES DE INCLUSIÓN DESECHABLES PARA HISTOLOGÍA, FABRICADOS EN MATERIAL PVC CON SOPORTE DE INTERCAMBIO TÉRMICO, CON ESQUINAS EDONDEADAS Y DIMISIONES INTERNAS 32X25X6 MM.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO CINCUENTA MOLDES DE INCLUSIÓN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES 32 X 25 X 5 MM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LO DEMAS PARTICIPANTES
617331	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA  PUNTO: 3.4.- QUINIENTOS MOLDES DE INCLUSIÓN DESECHABLES PARA HISTOLOGÍA, FABRICADOS EN MATERIAL PVC CON SOPORTE DE INTERCAMBIO TÉRMICO, CON ESQUINAS REDONDEADAS Y DIMISIONES INTERNAS 32X25X6 MM.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR QUINIENTOS MOLDES DE INCLUSIÓN DESECHABLES PARA HISTOLOGÍA, FABRICADOS EN MATERIAL PVC CON SOPORTE DE INTERCAMBIO TÉCNICO, CON ESQUINAS REDONDEADAS Y DIMENSIONES INTERNAS DE 30 X 24 X 5 MM	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LO DEMAS PARTICIPANTES
617332	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA  PUNTO: 3.5.- QUINIENTAS CASSETES DESECHABLES PARA INCLUSIÓN DE TEJIDOS, RESISTENTE A CORROSIVOS QUÍMICOS, FABRICADO EN POLIOXIMETILENO, SUPERFICIE	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000205



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ESPECIALIZADOS SA DE CV			DE ESCRITURA DE 45 GRADOS, CON TAPA IDEALES PARA HISTOLOGÍA Y PATOLOGÍA.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 500 CASSETES PARA INCLUSIÓN DE TEJIDOS, DE PLÁSTICO RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, INCLUYENDO SOLVENTES Y SOLUCIONES DESCALCIFICANTES CON ÁREA DE ESCRITURA Y CON TAPA. ¿SE ACEPTA?	
617333	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA  PUNTO: 3.6.- VEINTE KILOS DE PARAFINA CIENTÍFICA CON PUNTO DE FUSIÓN ENTRE 55 °C Y 57 °C PARA INFILTRACIÓN EMBEBIDO, CERA SEMIDURA EN FORMA DE PEQUEÑAS LENTEJAS DE UNOS 5 MM DE DIAMETRO, BLOQUES DISCOIDALES, ESCAMAS O TABLETAS RECTANGULARES, CALIDAD DE ALTA PUREZA, APTO PARA EMPLEO EN EQUIPOS HISTOLOGICOS AUTOMATIZADOS COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO: 20 KILOS DE PARAFINA SUMINISTRADA EN PEQUEÑOS GRÁNULOS CON LA FINALIDAD DE SER USADA COMO MEDIO DE PROCESAMIENTO Y FORMACIÓN DE BLOQUES. INDICANDO DE ESTA MANERA QUE ES APTA PARA EMPLEARSE EN EQUIPOS HISTOLÓGICOS AUTOMATIZADOS DENTRO DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE INDICAR EL PUNTO DE FUSIÓN
617334	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS  PUNTO: 1.5.- TIEMPO DE INMERSIÓN PROGRAMABLE.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO AJUSTE DEL TIEMPO DE PROCESAMIENTO YA QUE ASÍ ES COMO SE REFIERE EL FABRICANTE AL PROCESO DE INMERSIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617335	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS  PUNTO: 1.15.7.- POSIBILIDAD DE USAR CUBREOBJETOS DE DISTINTAS MEDIDAS CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 22X40 MM.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO: DISEÑADO PARA CUBRIR LOS CUBREOBJETOS PARA LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS QUE SE COLOCAN EN UN PORTAOBJETOS ESTÁNDAR DE UNA MEDIDA DE 25 X 75 MM (1 X 3"), YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617336	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO  PUNTO: 1.1.- ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, CON CAPACIDAD DE 440 LITROS ±10%.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO DE 490 LITROS ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA UN +/- 10%
617337	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO  PUNTO: 1.6.- ESTRUCTURA, CÁMARA, CHAQUETA, TUBERÍAS Y PUERTAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLES TIPO 316 L, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304L ENTENDIENDO QUE LA ESTRUCTURA ESTÁ EN LA PARTE EXTERIOR DEL EQUIPO Y NO SE ENCUENTRA EN CONTACTO DIRECTO CON EL VAPOR. PARA LOS CASOS DE LA CÁMARA, CHAQUETA, TUBERÍAS Y PUERTAS SE OFERTARÁ ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
617338	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO  PUNTO: 1.10.- CON AISLAMIENTO DE LA CHAQUETA HECHA DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE ASBESTO Y CLORO RESISTENTE AL AGUA Y AL ACEITE  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN AISLAMIENTO DE LA CHAQUETA DE LANA MINERAL CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617339	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO  PUNTO: 1.13.9.- CON INTERRUPTOR DE FLOTACIÓN QUE ABORTA EL CICLO SI SE DETECTA CONDENSACIÓN EXCESIVA EN LA CÁMARA.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO SENSOR DE PRESIÓN EN LA CÁMARA EL CUAL PUEDE DETECTAR UNA PRESIÓN EXCESIVA Y ABORTAR EL CICLO, ARROJANDO EL ERROR "PRESIÓN EXCESIVA EN LA CÁMARA" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN BASES
617340	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS	TÉCNICO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO  PUNTO: 2.4.- INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO AL 100% DEL EQUIPO.	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

00000000

00000206



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ESPECIALIZADOS SA DE CV			PREGUNTA: SUGERIMOS AMABLEMENTE SOLICITAR AL MENOS DOS CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA? PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	
617341	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO: 1.1.1.- PUPITRE DE CONTROL DIGITAL CON EXPOSÍMETRO AUTOMÁTICO (INDICAR MARCA Y MODELO, CORRESPONDIENTE A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO "CONSOLA DE CONTROL" PARA REFERIRNOS AL PUPITRE DE CONTROL SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
617342	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO: 1.7.1.- DOS PANTALLAS LCD O TFT (INDICAR MARCA Y MODELO) PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA FINALIDAD DE SOLICITAR 2 PANTALLAS DE ADQUISICIÓN ES PARA OBTENER EN UNA PANTALLA LA IMAGEN DE RAYOS X EN TIEMPO REAL Y EN LA OTRA UNA IMAGEN DE RAYOS X DE REFERENCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 PANTALLAS DE ADQUISICIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 (UNA) PANTALLA DE 23 PULGADAS EN LA SALA DE ADQUISICIÓN Y 1 (UNA) PANTALLA DE 31.5 PULGADAS EN LA SALA DE EXAMEN (MONTADA EN UN TROLLEY), LA CUAL PODRÁ MOSTRAR IMÁGENES DE RAYOS X DE REFERENCIA ASÍ COMO EL PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL DE LA FLUOROSCOPIA CON SUSTRACCIÓN DIGITAL (DSA), TODO ESTO SIN ENCARECER LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, AMBOS MONITORES ESTARAN EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO
617343	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO: 7.1.3.- 14 BITS O MAYOR. PREGUNTA: LOS BITS EN LA PANTALLA DE ADQUISICIÓN SE REFIEREN A LA PROFUNDIDAD DE COLOR O EL NÚMERO DE COLORES QUE SE PUEDE REPRESENTAR, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO 16 MILLONES DE COLORES O MAYOR, PARTIENDO DE QUE NUESTRA PANTALLA TIENE LA CAPACIDAD DE 8 BITS POR CADA COMPONENTE RGB, LO QUE SE TRADUCE EN 24 BITS POR PIXEL QUE APLICANDO LA SIGUIENTE FORMULA NOS DA UN TOTAL DE: NUMERO DE COLORES=2^PROFUNDIDAD DE COLOR 2^24 BITS = 16.77 MILLONES DE COLORES. ¿SE ACEPTA?	SU PREGUNTA, NO CORRESPONDE CON LA FICHA TÉCNICA
617344	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: CANTIDAD PREGUNTAS: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE LO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO SON 2 (DOS) DIGITALIZADORES DE LAMINILLAS (ESCANNER) CON SU RESPECTIVO SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES Y SOLAMENTE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD (LIS) Y UN SISTEMA DE SERVIDOR-SERVIDOR REDUNDANTE, YA QUE ASÍ ES COMO SE ESTABLECE EN EL PLANO DEL ÁREA COMPARTIDO POR LA CONVOCANTE Y CONCUERDA CON LA INFRAESTRUCTURA OBSERVADA DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ¿ES CORRECTO?	LO QUE SE REQUIERE ES: DOS DIGITALIZADORES CON SUS SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES, UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD, UN SERVIDOR CON SU SERVIDOR REDUNDANTE, TODO DESCRITO EN SU RESPECTIVO ANEXO 1.2 FICHA TECNICA
617345	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PUNTO: SIN PUNTO PREGUNTA: DADO QUE EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES ESTÁ SUJETO A UN LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA COMO A UN EQUIPO DIGITALIZADOR DE LAMINILLAS, SE ASUME QUE LOS BIENES A OFERTAR SON EL ESCANNER DE LAMINILLAS Y EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ¿ES EFECTIVA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERA OFERTAR TODO LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.2 DE LA PARTIDA 41
617346	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PUNTO: 1.1.4.- CON RESOLUCIÓN DE 0.25µ/ PIXEL O 13 µ / PIXEL. PREGUNTA: EN IMÁGENES DE PATOLOGÍA, ENTRE MÁS PEQUEÑO SEA EL PIXEL ES MAYOR LA RESOLUCIÓN YA QUE CAPTA MÁS INFORMACIÓN, EN ESTE CASO CONTAR CON UNA DIFERENCIA TAN GRANDE EN TAMAÑOS DE PIXEL PERMITE QUE EQUIPOS DE BAJA RESOLUCIÓN PUEDAN OFERTAR, LO CUAL PONE EN RIESGO AL PACIENTE, DE LA MANERA MÁS AMABLE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE DEBA OFERTAR EQUIPOS QUE CUMPLAN CON 0.25 A 0.23 µ/PIXEL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617347	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PUNTO: 1.1.8.- ALERTA PARA CASOS URGENTES O PRIORITARIOS DE PERSONAL	NO ES CORRECTO

00000000

00000207



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ESPECIALIZADOS SA DE CV			AUTORIZADO.  PREGUNTA: DADO QUE LAS BUENAS PRÁCTICAS SEÑALADAS EN EL COLLEGUE AMERICAN PATHOLOGISTH (CAP) ACERCA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAMINILLAS, CONOCIDA COMO PATOLOGÍA DIGITAL, INDICAN QUE LA GESTIÓN ES UN PROCESO QUE DEBE SER RESPONSABILIDAD DEL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, CONSIDERAMOS QUE LA ALERTA PARA CASOS URGENTES O PRIORITARIOS DE PERSONAL AUTORIZADO ES UNA FUNCIONALIDAD EMBEBIDA EN EL LIS DE AP. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
617348	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.1.15 CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL PACIENTE.  PREGUNTA: TENEMOS EN CUENTA QUE EL DESPLIEGUE EN PANTALLA DE DATOS DEMOGRÁFICOS RELACIONADOS CON EL PACIENTE SE REFIERE A LA VISUALIZACIÓN DE DICHO DATOS, TANTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES DEL ESCANNER DE LAMINILLAS COMO EN EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, TODO EL SISTEMA DEBE SER INTEROPERABLE ENTRE ELLOS
617349	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.1.24 APLICACIONES ONCOLOGICAS PARA CANCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO.  PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE, EN RELACIÓN CON LAS APLICACIONES ONCOLÓGICAS PARA EL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO, SE HACE REFERENCIA QUE EL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DISPONDRÁ DE LA CAPACIDAD DE DIGITALIZAR LAMINILLAS DE ESTUDIOS ONCOLÓGICOS PARA EL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO. ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	ES CORRECTO, ESTE LABORATORIO SOLO PROCESARÁ MUESTRAS DE MAMA Y CERVICOUTERINO
617350	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.1.25 COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR BIDIRECCIONAL.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO REFIERE A QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES (IMS) DEBERÁ SER INTEGRADO DE MANERA BIDIRECCIONAL CON EL LIS, YA QUE LOS SERVIDORES EN EFECTO SE COMUNICAN DE ESTA MANERA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, TODO EL SISTEMA DEBE SER INTEROPERABLE ENTRE ELLOS
617351	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.2.1 COMUNICACIÓN CON EL ESCANER POR MEDIO DE MENSAJES A TRAVÉS DE HL7 PARA COMUNICARSE CON EL LIS Y HIS  PREGUNTA: COMPRENDEMOS QUE, PARA UNA BUENA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS, LA INTEGRACIÓN DEBE ESTAR ENTRE EL HIS DEL HOSPITAL Y EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES Y EL ENVÍO DE RESULTADOS, MIENTRAS QUE, LA COMUNICACIÓN ENTRE EL ESCANNER DEBE SER ENTRE EL LIS ANATOMÍA PATOLÓGICA, YA QUE TODA LA GESTIÓN Y LAS BUENAS PRÁCTICAS SEÑALADAS EN EL COLLEGUE AMERICAN PATHOLOGISTH (CAP) ACERCA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAMINILLAS, CONOCIDA COMO PATOLOGÍA DIGITAL, INDICAN QUE LA GESTIÓN ES UN PROCESO QUE DEBE SER RESPONSABILIDAD DEL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	ES CORRECTA SU APRECIACION
617352	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.2.1 COMUNICACIÓN CON EL ESCANER POR MEDIO DE MENSAJES A TRAVÉS DE HL7 PARA COMUNICARSE CON EL LIS Y HIS.  PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, PARA INTEGRARSE CON UN HIS, DEBERÁ EXISTIR UNA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CONTINUA PARA RECIBIR SOLICITUDES DE EXÁMENES Y ENVIAR RESULTADOS DE LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ENTRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y EL HIS ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REQUIERE QUE TODOS LOS SISTEMAS DEBAN SER INTEROPERABLES ENTRE ELLOS
617353	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.2.1 COMUNICACIÓN CON EL ESCANER POR MEDIO DE MENSAJES A TRAVÉS DE HL7 PARA COMUNICARSE CON EL LIS Y HIS.  PREGUNTA: EN EL SUPUESTO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR CONFIRME QUE DEBERÁ EXISTIR UNA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON EL HIS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA(S) MARCA(S) DEL (LOS) HIS (SI ES DE CASA COMERCIAL O SI ES DESARROLLADO INTERNAMENTE) Y CONFIRME SI LA COMUNICACIÓN SERÁ POR MENSAJERÍA HL7.	COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MEDICA E INFORMACION HOSPITALARIA (SAMIH) MEDIANTE HL7

00000000

00000208



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo  
PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y SOCIALISTA  
DEL MAYAB

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617354	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: 1.2.14 COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES DE VISUALIZACIÓN - ACCESS SWITCH- CORE SWITCH-WAN-CORE SWITCH- SWITCH DEL SERVER-LOCALIZACIÓN</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ACCESS SWITCH- CORE SWITCH-WAN-CORE SWITCH- SWITCH DEL SERVER-LOCALIZACIÓN ES EL HARDWARE PARA LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES DE VISUALIZACIÓN POR LO QUE SE PODRÁ OFERTAR EL MISMO SWITCH SOLICITADO EN EL PUNTO 1.4.7, OFERTÁNDOSE UN TOTAL DE 2 SWITCHES ¿SE ACEPTA?</p>	DEBERÁ OFERTAR LO NECESARIO PARA QUE EL SISTEMA DE AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES FUNCIONE AL 100%
617355	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: 1.2.3 IMPORTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, ASÍ COMO ANÁLISIS MACROSCÓPICO.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, POR IMPORTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, SE HACE REFERENCIA A QUE EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, DEBE PERMITIR QUE EN LA SECCIÓN DE MICROSCOPIA SE IMPORTEN IMÁGENES DE MANERA MANUAL EN FORMATO .JPG O .PNG, DESDE EL ARCHIVO DE IMÁGENES DEL COMPUTADOR QUE TENGA ACCESO AL SISTEMA, PARA SU VISUALIZACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	SE REQUIERE QUE TODOS LOS SISTEMAS DEBAN SER INTEROPERABLES ENTRE ELLOS
617356	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: 1.2.4 OPCIÓN DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE CONTEO DE INMUNOHISTOQUÍMICA.</p> <p>PREGUNTA: COMPRENDEMOS QUE, PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ES FUNDAMENTAL TENER EL REGISTRO DE LAS INMUNOHISTOQUÍMICAS REALIZADAS, POR LO QUE SE DEBE ESTABLECER UN MÓDULO EN EL SISTEMA LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, QUE POSIBILITA LA OBTENCIÓN DE ESTE ESTADÍSTICO Y SE FILTRE A TRAVÉS DE UN LAPSO DE TIEMPO QUE EL USUARIO DETERMINE, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?</p>	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617357	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: 1.2.6 GESTIÓN DEL PACIENTE, POSIBILIDAD DE REALIZAR BÚSQUEDA, REGISTRO MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN PACIENTE</p> <p>PREGUNTA: DADO QUE LAS BUENAS PRÁCTICAS SEÑALADAS EN EL COLLEGE AMERICAN PATHOLOGISTH (CAP) EN RELACIÓN LA DIGITALIZACIÓN DE LAMINILLAS, CONOCIDA COMO PATOLOGÍA DIGITAL, INDICAN QUE LA GESTIÓN DEL PACIENTE ES UN PROCESO QUE DEBE SER SUSTENTADA MEDIANTE EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. EN CONSECUENCIA, CONSIDERAMOS LA MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DEL PACIENTE Y, DEBIDO A LA CRITICIDAD, DEBE SER LLEVADA A CABO POR SOLO UN USUARIO QUE EL LABORATORIO DETERMINE, ¿SE ACEPTA?</p>	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617358	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: 1.2.8 BLOQUEO DE CAMPOS PARA EVITAR MODIFICACIONES</p> <p>PREGUNTA: TENEMOS EN CUENTA QUE LA PALABRA "CAMPOS" HACE REFERENCIA A AQUELLOS CUADROS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN SER CONFIGURADOS POR CADA ETAPA (ADMISIÓN, MACROSCOPIA, HISTOLOGÍA, MICROSCOPIA Y DIAGNOSTICO) Y POR CADA UNO DE LOS TIPOS DE ESTUDIOS, DENTRO DEL LIS ANATOMÍA PATOLÓGICA, PARA QUE ESTOS SEAN COMPLETADOS EN CADA UNO DE LAS ETAPAS, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?</p>	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617359	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: 1.2.8 BLOQUEO DE CAMPOS PARA EVITAR MODIFICACIONES</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS CAMPOS DEFINIDOS EN EL LIS NO DEBEN SER MODIFICADOS UNA VEZ, SE HAYA COMPLETADO CADA UNA DE LAS ETAPAS DENTRO DEL PROCESO, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?</p>	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617360	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: 1.2.9 GESTIÓN DE ESTUDIOS, PERMITE LA NUMERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS, GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS Y GESTIÓN DE MUESTRAS, GARANTIZANDO LA TRAZABILIDAD</p> <p>PREGUNTA: DADO QUE LAS BUENAS PRÁCTICAS SEÑALADAS EN EL COLLEGE AMERICAN PATHOLOGISTH (CAP) ACERCA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAMINILLAS, CONOCIDA COMO PATOLOGÍA DIGITAL, INDICAN QUE LA GESTIÓN DE ESTUDIOS ES UN PROCESO QUE DEBE SER RESPONSABILIDAD DEL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA,</p>	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO DEBE CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PUNTO 1.2.9 DEL ANEXO 1.2

00000209



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-809007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONSIDERAMOS QUE LA NUMERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS, GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS Y GESTIÓN DE MUESTRAS ES UNA FUNCIONALIDAD EMBEBIDA EN EL LIS DE AP GARANTIZANDO LA TRAZABILIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
617361	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.2.10 PERMITE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES DE UN DISPOSITIVO EXTERNO Y LA IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES ADJUNTADAS  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, POR TRANSFERENCIA DE IMÁGENES DE UN DISPOSITIVO EXTERNO, SE HACE RELACIÓN CON LA IMPORTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, SE HACE REFERENCIA A QUE EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, DEBE PERMITIR QUE EN LA SECCIÓN DE MACROSCOPIA SE IMPORTEN DE MANERA MANUAL LAS IMÁGENES EN FORMATO .JPG O .PNG, DESDE EL ARCHIVO DE IMÁGENES DEL COMPUTADOR QUE TENGA ACCESO AL SISTEMA, PARA SU VISUALIZACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO DEBE CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PUNTO 1.2.10 DEL ANEXO 1.2
617362	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.2.10 PERMITE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES DE UN DISPOSITIVO EXTERNO Y LA IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES ADJUNTADAS  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, POR IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES, SE HACE REFERENCIA EL SISTEMA LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEBE PERMITIR QUE EN EL REPORTE DIAGNOSTICO SE INCLUYAN LAS IMÁGENES MACROSCÓPICAS Y/O MICROSCÓPICAS SELECCIONADAS POR EL MÉDICO PATÓLOGO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO DEBE CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PUNTO 1.2.10 DEL ANEXO 1.2
617363	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE CONFIRME QUÉ TIPO DE ESTUDIOS DE PATOLOGÍA SE LLEVAN A CABO EN EL LABORATORIO.	SE LLEVARÁN A CABO PRINCIPALMENTE ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS Y ESTUDIOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA DE MUESTRAS DE TEJIDO Y/O PIEZAS OBTENIDAS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS O AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
617364	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE INDIQUE CUÁNTOS ESTUDIOS DE PATOLOGÍA POR TIPO DE EXAMEN SE REALIZAN AL MES, AL SEMESTRE Y AL AÑO.	SE ESTIMAN LOS SIGUIENTES ESTUDIOS DE PATOLOGÍA: 2,054 MENSUALES, 12,324 SEMESTRALES Y 100,043 ANUALES.
617365	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE INDIQUE CUÁNTOS MÉDICOS PATÓLOGOS DISPONE EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA.	SE DISPONDRÁ DE 2 MÉDICOS EN TURNO MATUTINOS, 1 MÉDICO EN TURNO VESPERTINO, CON PROBABILIDAD DE CAMBIO.
617366	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁNTOS MÉDICOS PATÓLOGOS DISPONDRÁ POR TURNO.	SE DISPONDRÁ DE 2 MÉDICOS EN TURNO MATUTINOS, 1 MÉDICO EN TURNO VESPERTINO, CON PROBABILIDAD DE CAMBIO.
617367	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE INDIQUE CUÁNTOS TÉCNICOS HISTOLÓGICOS DISPONE EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA.	EL AREA TENDRÁ, 3 TÉCNICOS, MATUTINO, 3 VESPERTINO, 3 JORNADA CON PROBABILIDAD DE CAMBIO.
617368	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁNTOS TÉCNICOS HISTOLÓGICOS DISPONDRÁ POR TURNO.	EL AREA TENDRÁ, 3 TÉCNICOS, MATUTINO, 3 VESPERTINO, 3 JORNADA CON PROBABILIDAD DE CAMBIO.

00000210



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617369	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD PREGUNTA: SI SE DISPONE O DISPONDRÁ DE UN ESCÁNER, SE COMPRENDE QUE ESTE DEBE ESTABLECER UNA CONEXIÓN ADECUADA CON EL SISTEMA LIS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS LAMINILLAS DIGITALIZADAS A TRAVÉS DEL VISUALIZADOR PROPIO DEL OFERTANTE ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	SE REQUIERE QUE TODOS LOS SISTEMAS DEBAN SER INTEROPERABLES ENTRE ELLOS
617370	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD PREGUNTA: SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE CONFIRME SI EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DISPONE DE UN ESCÁNER DE LAMINILLAS ADICIONAL A LOS QUE ESTÁN SOLICITANDO EN ESTA PARTIDA.	NO, EL HOSPITAL NO CUENTA CON NINGÚN ESCANER, EN LA FICHA TÉCNICA SE ESTÁN SOLICITANDO DOS EQUIPOS DE ESCANEADO PARA LAMINILLAS
617371	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE PATOLOGÍA DEBERÁ PERMITIR LA INSERCIÓN DE CODIFICACIÓN ESTÁNDAR SNOMED, NAP, TNM, ICDX O LA CREACIÓN DE CODIFICACIÓN PERSONALIZADA DENTRO DEL LABORATORIO ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617372	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE PATOLOGÍA DEBE ESTAR INCLUIDO EN ESTE SUMINISTRO, PERMITIENDO QUE EL ÁREA DE PATOLOGÍA CUENTE CON UN FLUJO DE TRABAJO COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE Y DIGITAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE REPORTE Y DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE FRASES PREDETERMINADAS, TEXTO LIBRE, RECONOCIMIENTO DE VOZ, ENTRE OTROS. EN PARTICULAR, DEBERÁ PERMITIR LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE IMÁGENES GENERADAS EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA A PARTIR DE DIVERSOS TIPOS DE FUENTES (ESCÁNERES DE LAMINILLAS, CÁMARAS MONTADAS EN MICROSCOPIOS, SISTEMAS DE REGISTRO DE IMÁGENES MACROSCÓPICAS, SISTEMAS DE CARIOTIPO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES, ETC.), ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617373	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD PERMITE CONFIGURAR Y MOSTRAR EN LA PÁGINA DE INICIO, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL USUARIO QUE INGRESA, UNA SERIE DE INDICADORES QUE MUESTRAN INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN TIEMPO REAL, TANTO ESTADÍSTICA COMO PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS SIEMPRE TENGAN VISIBILIDAD DEL AVANCE DE TRABAJO DEL ÁREA, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617374	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEBE PERMITIR CONFIGURAR Y PERSONALIZAR LA INTERFAZ DEL USUARIO Y LOS DISEÑOS DE IMPRESIÓN. ADEMÁS, SERÁ POSIBLE DEFINIR Y PERSONALIZAR EL FLUJO DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA GESTIÓN LOS PROCESOS SEGÚN EL MODELO ORGANIZATIVO ADOPTADO, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617375	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEBE PERMITIR RECIBIR EL MATERIAL RELACIONADO CON EL EXAMEN DIRECTAMENTE DESDE EL APARTADO DE ADMISIÓN. DE ESTA FORMA, EL USUARIO CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE RELACIONAR EL MATERIAL YA INSERTADO Y UN NÚMERO PRECONFIGURADO DE BLOQUES Y LAMINILLAS PREPARADOS (MACROS DE ELABORACIÓN), ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617376	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

00990211



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007976-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV			PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEBE PERMITIR RECIBIR EL MATERIAL RELACIONADO CON EL EXAMEN DIRECTAMENTE DESDE EL APARTADO DE ADMISIÓN. DE ESTA FORMA, EL USUARIO CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE RELACIONAR EL MATERIAL YA INSERTADO Y UN NÚMERO PRECONFIGURADO DE BLOQUES Y LAMINILLAS PREPARADOS (MACROS DE ELABORACIÓN), ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	
617377	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD PERMITE CONFIGURAR UN NÚMERO INDEFINIDO DE FORMATOS DE IMPRESIÓN DE INFORMES, POR EJEMPLO, POR TIPO DE EXAMEN (HISTOLÓGICO, CITOLÓGICO, HALLAZGO DIAGNÓSTICO, BIOLOGÍA MOLECULAR, ETC.), ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617378	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEBER SER UN "SISTEMA WEB" QUE SE REFIERE A QUE EL SOFTWARE ES DESARROLLADO NATIVAMENTE COMO UN SISTEMA WEB Y NO UNA EMULACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617379	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEBE CONTAR CON UNA PLATAFORMA QUE LE PERMITA UNA INTEGRACIÓN COMPLETA CON EL HIS Y LA INTERFAZ CON TODOS LOS EQUIPOS PRESENTES EN EL LABORATORIO (POR EJEMPLO, IMPRESORA DE BLOQUES, IMPRESORA DE PORTAOBJETOS, CÁMARAS MACROSCÓPICAS, CÁMARAS MICROSCÓPICAS, PROCESADORES, EQUIPOS DE TINCIÓN AUTOMATIZADOS, EQUIPOS DE INMUNO-HISTOQUÍMICA, ESCÁNERES DE LAMINILLAS, ETC.) DE CUALQUIER FABRICANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617380	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEBE PERMITIR QUE QUEDE REGISTRADO CON EL NOMBRE DEL USUARIO, FECHA Y HORA LAS OPERACIONES. LA TRAZABILIDAD TOTAL DE MUESTRAS Y ACTIVIDADES DEBERÁ ESTAR GARANTIZADA MEDIANTE EL USO CONSTANTE DEL CÓDIGO DE BARRAS (BIDIMENSIONAL), DESDE LA RECEPCIÓN DE LA MUESTRA HASTA LA ENTREGA DEL INFORME Y EL ARCHIVO DE PORTAOBJETOS Y ARCHIVO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617381	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE VER EL PROGRESO DEL ESCANEADO CON TODOS LOS DETALLES RELACIONADOS CON EXÁMENES, DIAPOSITIVAS, MATERIALES, PROCESOS, ESTADO DE PROCESAMIENTO, SOLICITANTE Y CUALQUIER NOTA INGRESADA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617382	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD  PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEBE COMUNICARSE CON EL MÓDULO DE VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES DIGITALIZADAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS "LISTAS DE TRABAJO" PARA MONITOREAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ESCANEOS EN LOS ESCÁNERES PRESENTES EN EL LABORATORIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617383	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.3.6 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS CON IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS  PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SISTEMA DE TRAZABILIDAD PERMITE CONFIGURAR UN NÚMERO INDEFINIDO DE FORMATOS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS, POR EJEMPLO,	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

00000212



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				POR TIPO DE EXAMEN (HISTOLÓGICO, CITOLÓGICO, HALLAZGO DIAGNÓSTICO, BIOLOGÍA MOLECULAR, ETC.), ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	
617384	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3.8. MANEJO DE INVENTARIOS PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, EL OPERADOR LO DEBE REALIZAR A TRAVÉS DEL USO DE UNA HAND HELD PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE CARGA, DESCARGA Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE LOS MATERIALES Y ARTÍCULOS, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617385	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3.8. MANEJO DE INVENTARIOS PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, EL MÓDULO DEBE SER CAPAZ DE GENERAR REPORTES DE LOS MOVIMIENTOS, YA SEA POR PROVEEDOR, CENTRO DE COSTOS O ARTÍCULOS, ACOTÁNDOSE A UN LAPSO DETERMINADO, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617386	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3.8. MANEJO DE INVENTARIOS PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, EL MÓDULO, DEBE SER CAPAZ DE GENERAR REPORTES DE LOS ARTÍCULOS EN EXISTENCIA, DE ARTÍCULOS PRÓXIMOS EN CADUCAR Y ARTÍCULOS CADUCADOS, MISMOS REPORTES QUE PODRÁN SER SEGMENTADOS POR DEPARTAMENTO, ALMACÉN, FAMILIA DEL PRODUCTO, PROVEEDOR O ARTÍCULO, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617387	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3.8. MANEJO DE INVENTARIOS PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, EL MÓDULO, DEBE PERMITIR LA CONFIGURACIÓN MULTICÉNTRICA DE UNO O VARIOS HOSPITALES, ALMACENES, DEPARTAMENTOS, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617388	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3.8. MANEJO DE INVENTARIOS PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, EL MÓDULO DEBE PERMITIR ASOCIAR A CADA USUARIO CON UNO O VARIOS HOSPITALES, DEPARTAMENTOS O PROVEEDORES, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617389	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3.8. MANEJO DE INVENTARIOS PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, EL MÓDULO, DEBE PERMITIR EL CONTROL DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS ENTRE ALMACENES, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617390	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3.9. ESTACIÓN DE TRABAJO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL USO QUE SE LE DARÁ A ESTA ESTACIÓN DE TRABAJO, ES DECIR A QUE ESTACIÓN DEL ÁREA DE PATOLOGÍA SE ASIGNARÁ.	ESTARÁ EN RECEPCIÓN
617391	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.3.9.3 PERMITE EL REGISTRO DE PACIENTES, ESTUDIOS, MUESTRAS Y VALIDACIÓN DE INFORMES PREGUNTA: COMPRENDEMOS QUE EL REGISTRO DE PACIENTES, ESTUDIOS, MUESTRAS, DEBE SER MEDIANTE LA INTEGRACIÓN ENTRE EL HIS Y EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, O BIEN DE MANERA MANUAL DESDE LA PLATAFORMA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REQUIERE QUE TODOS LOS SISTEMAS DEBAN SER INTEROPERABLES ENTRE ELLOS
617392	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: 1.4 SERVIDOR Y SERVIDOR REDUNDANTE: 00000218	A CONTAR CON UN SERVIDOR REDUNDANTE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007976-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ESPECIALIZADOS SA DE CV			PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON EL TÉRMINO REDUNDANTE, SI A TENER DOS FUENTES DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTES O SI SE DEBERÁ CONTAR CON UN SERVIDOR SECUNDARIO EN CASO DE QUE FALLE EL PRIMARIO	
617393	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.4.2 NVR 8TB STG, 8 IP CÁMARAS 4MP GARANTIA 3YR  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE 8 CÁMARAS DE 4 MP COMO MÍNIMO, ASÍ COMO SU EQUIPO GRABADOR (NVR) PARA TODO EL SISTEMA Y QUE NO FORMAN PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
617394	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: HPE SOLUTION SERVER PROLIANT DL360 GEN10 INTEL 2 XEON-S 4110 8-CORE (2.10GHZ 11MB) 128GB DDR4 2666MHZ RDIMM 8 X HOT PLUG 2.5IN SMALL FORM FACTOR SMART CARRIER SMART ARRAY P4081-A NO 2 HDD SAS 10K 600GB / 2 HDD SAS 2TB OPTICAL 500W / 2 SSD 480GB 3YR NEXT BUSINESS DAY WARRANTY  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO: HPE SOLUTION SERVER PROLIANT DL360 GEN11 INTEL 2 XEON-S 4410 12-CORE (2.00 GHZ 33MB) 128GB DDR5 4800MHZ RDIMM 8 X HOT PLUG 2.5IN SMALL FORM FACTOR SMART CARRIER SMART ARRAY P4081-A NO 2 HDD SAS 10K 600GB / 2 HDD SAS 2TB OPTICAL 500W / 2 SSD 480GB 3YR NEXT BUSINESS DAY WARRANTY. CONSIDERANDO QUE SON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617395	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.4.10 VMWARE VSPHERE 7 ESSENTIALS PLUS KIT FOR 3 HOSTS (MAX 2 PROCESSORS PER HOST)  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A UN SOFTWARE PARA VIRTUALIZAR LOS SERVIDORES, DADO QUE LO QUE ESTÁN SOLICITANDO ESTA FUERA DE SOPORTE POR EL FABRICANTE, PODEMOS OFERTAR TECNOLOGÍA ACTUALIZADA Y EQUIVALENTE ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617396	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.4.11 KIT DE INFRAESTRUCTURA DATA CENTER (GABINETE, GABINETE DE RED, PATCH PANEL, PATCH CORDS, BIZELES, SOPORTES PARA UPS, CONECTORES TIERRA, CABLES DE INTERCONEXIONES, GBICS 10GB FIBER ARUBA, 2 BARRAS PDU, 2 ATS DOBLE DERIVADA, MISCELANEOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, NODOS)  PREGUNTA: DADO QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE SISTEMA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SOLVENTAR ESTE PUNTO CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE ESTABLECE QUE LO SOLICITADO SE INCLUYE EN NUESTRA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIARLO DE ESA MANERA
617397	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.4.14 VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE 4 SOCKET BUNDLE . 3 YEAR OF PRODUCTION 24/7 SUPPORT  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A UN SOFTWARE PARA HACER BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PRODUCTIVOS, DADO QUE LO QUE ESTÁN SOLICITANDO ESTA FUERA DE SOPORTE POR EL FABRICANTE, PODEMOS OFERTAR TECNOLOGÍA ACTUALIZADA Y EQUIVALENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO NO SE SOLICITA FUERA DE SOPORTE, EL SOPORTE ES DE 24/7
617398	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 1.4.17 MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, CON LAS MEJORES PRÁCTICAS, INGENIEROS ESPECIALIZADOS, EQUIPOS COMPRADOS EN TBSIT  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA MANO DE OBRA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SOLVENTAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE ESTABLECE QUE EL MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS SE LLEVARÁ A CABO POR INGENIEROS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIARLO DE ESA MANERA
617399	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 2.1.- UN UPS PARA CADA UNO DE LOS DIGITIZADORES DE LAMINILLAS.	NO ES CORRECTO

00000214



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MATAZ

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ESPECIALIZADOS SA DE CV			PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A LOS MISMOS DOS UPS DE 30 KVA SOLICITADOS EN EL PUNTO 1.4.13 ¿ES CORRECTO?	
617400	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 2.3.- UNA IMPRESORA DE CASETES AUTOMÁTICA, CAPACIDAD DE IMPRIMIR AL MENOS 8 CASETES POR MINUTO, CON OPCION DE IMPRESIÓN PARA SECUENCIA ALFANUMÉRICA, CÓDIGO DE BARRAS EN 1D (CODIGO DE BARRAS) O 2D (DATAMATRIX), GRÁFICOS Y LOGOS, CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS EN 1D Y 2D Y SOPORTE. INCLUYE SOFTWARE Y ESTACIÓN  PREGUNTA: TENEMOS EN CUENTA QUE, POR LA IMPRESORA DE CASETES AUTOMÁTICA, SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR DESDE EL SISTEMA DE LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, LOS CASSETS YA CODIFICADOS POR CADA UNO DE LOS BLOQUES REQUERIDOS EN MICROSCOPIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, SE REQUIERE UNA IMPRESORA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
617401	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 2.5.- UNA IMPRESORA PARA PORTAOBJETOS, CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR AL MENOS 9 PORTAOBJETOS POR MINUTO, CON OPCION DE IMPRESIÓN PARA SECUENCIA ALFANUMÉRICA, CÓDIGO DE BARRAS EN 1D (CODIGO DE BARRAS) O 2D (DATAMATRIX), GRÁFICOS Y LOGOS, CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS EN 1D Y 2D Y SOPORTE. INCLUYE SOFTWARE Y ESTACIÓN  PREGUNTA: TENEMOS EN CUENTA QUE LA IMPRESORA DE PORTAOBJETOS DEBE ESTAR INTEGRÁNDOSE CON EL SISTEMA DE LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, CON EL FIN DE QUE SE IMPRIMA DE FORMA AUTOMÁTICA LAS LAMINILLAS CODIFICADAS Y REQUERIDAS POR EL PATÓLOGO, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617402	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 2.6.- SIETE ESTACIONES DE VISUALIZACIÓN CON MONITOR GRADO MÉDICO Y REGULADOR DE RESPALDO. COMPATIBLE CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE IMÁGENES  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL RESPALDO ELÉCTRICO DE ESTOS EQUIPOS SE LLEVARÁ A CABO EN LOS UPS DE 30 KVA SOLICITADOS EN EL PUNTO 1.4.13 ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
617403	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 2.7.- UNA ESTACIÓN DE TRABAJO COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD, REGULADOR DE RESPALDO Y ETIQUETADORA DE LA MUESTRA.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL RESPALDO ELÉCTRICO DE ESTA ESTACIÓN DE TRABAJO SE LLEVARÁ A CABO EN LOS UPS DE 30 KVA SOLICITADOS EN EL PUNTO 1.4.13 ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
617404	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: 2.8.- OCHO ESTACIONES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD CON MONITOR, CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS EN 1D Y 2D, REGULADOR DE RESPALDO, BRAZO ARTICULADO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONITOR, CON SUJECCIÓN A MESA DE ACERO INOXIDABLE QUE ASEGURE LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO Y SOPORTE PARA EL LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INCLUIDO EN EL BRAZO ARTICULADO. UNA DE LAS OCHO DEBERA INCLUIR APLICACIONES DE DICTADO POR VOZ.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL RESPALDO ELÉCTRICO DE ESTOS EQUIPOS SE LLEVARÁ A CABO EN LOS UPS DE 30 KVA SOLICITADOS EN EL PUNTO 1.4.13 ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
617405	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: SIN PUNTO  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL INSTITUTO SERÁ EL ENCARGADO DE PROPORCIONAR UN INTERNET CON VELOCIDAD DE CARGA Y DESCARGA MAYOR O IGUAL A 100 MB PARA QUE EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES FUNCIONE DE MANERA ADECUADA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
617406	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: SIN PUNTO.  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI HABRÁ	PODRA LLEVARSE A CABO EN ALGUNA DE LAS ESTACIONES ESTABLECIDAS

00000215



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007976-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				UN ÁREA DESIGNADA PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS O SE PODRÁ LLEVAR A CABO EN ALGUNA DE LAS ESTACIONES ESTABLECIDAS	
617407	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PUNTO: SIN PUNTO</p> <p>PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE CONFIRME SI EL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA CONTARA CON TURNO MATUTINO, TURNO VESPERTINO O/Y TURNO DE FIN DE SEMANA.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
617408	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PUNTO: OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO. PUNTO 1.4.- INCLUIR TODAS LAS LICENCIAS SIN CADUCIDAD NECESARIAS, ASI COMO LOS NODOS Y ENLACES ALAMBRICOS O INALAMBRICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, ASI COMO LA CONEXIÓN CON EL EXPEDIENTE CLINICO DE LA INSTITUCIÓN EN CASO DE REQUERIRSE, SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE.</p> <p>PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL OFERTANTE DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS LICENCIAS NECESARIAS Y SIN CADUCIDAD, ASÍ COMO LOS NODOS Y ENLACES ALÁMBRICOS O INALÁMBRICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL HOSPITAL EL CONTRATAR DE MANERA INDEPENDIENTE A ESTA LICITACIÓN EL SISTEMA Y LAS LICENCIAS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBE INCLUIR TODAS LAS LICENCIAS DE COMUNICACIÓN HACIA EL HIS, LOS NODOS Y LOS ENLACES ALAMBRICOS O INALAMBRICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
617409	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PUNTO: SIN PUNTO</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REQUERIRÁN, SI SERÁ POR MINISPLIT O POR SISTEMA DE AIRE CENTRALIZADO.</p>	DEBERÁ SER POR MINISPLIT
617410	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN...	<p>PUNTO: ANEXO TÉCNICO 6.13.1 INCISO F: EN CASO DE QUE EL EQUIPO Y/O SUS ACCESORIOS QUEDEN FUERA DE SERVICIO POR MÁS DE 5 DÍAS HÁBILES, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROPORCIONAR UNA ALTERNATIVA DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS COMO SOPORTE TÉCNICO, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARÍA.</p> <p>PREGUNTA: SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PARTIDA 41 DEBIDO A QUE MÁS QUE UN EQUIPO, SE TRATA DE UN SISTEMA, EN CASO DE QUE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DE ESTE SISTEMA QUEDEN FUERA DE SERVICIO POR MÁS DE CINCO DÍAS HÁBILES, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROPORCIONAR UN SERVICIO SUBROGADO SIN COSTO ADICIONAL CON IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, DEMOSTRABLE A TRAVÉS DE UNA VISITA AL SITIO POR PARTE DE LA CONVOCANTE, ENTENDIENDO QUE LA FALLA DE ALGÚN COMPONENTE SIGNIFICARÍA LA DETENCIÓN TOTAL DEL SERVICIO. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA
617411	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA: TODAS LAS PARTIDAS	<p>PARTIDA: TODAS LAS PARTIDAS</p> <p>PUNTO: TODOS LOS PUNTOS</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?</p>	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
617412	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA: TODAS LAS PARTIDAS	<p>PUNTO: SIN PUNTO</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMPLEMENTAR LAS REFERENCIAS CON IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS AQUELLOS PUNTOS EN LOS QUE SEA DIFÍCIL REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN SUS MANUALES O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?</p>	SOLO PODRÁ REFERENCIAR UNA CARACTERISTICA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN, TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBEN ESTAR REFERENCIADAS EN LOS MANUALES DE USUARIO, DE SERVICIO, FOLLETOS ETC.
617413	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA: TODAS LAS PARTIDAS	<p>PUNTO: TODOS LOS PUNTOS.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617414	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUORSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	<p>PUNTO: 1.1.2.- KV DE 40 O MENOR A 125 O MAYOR</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN RANGO DE 40 A 120 KV, LO CUAL NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN NI FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y CORRESPONDE A FACTORES DE DISEÑO DE NUESTRO SISTEMA. CABE SEÑALAR QUE CUMPLIMOS CON LA POTENCIA DEL GENERADOR SOLICITADA DE 15 KW Y LA TECNOLOGÍA DE ANODO ROTARIO QUE PERMITEN</p>	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

00000216



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

BIENHECHUR DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>POSICIONAR SU USO PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS DEMANDANTES. LOS FACTORES DE DISEÑO MENCIONADOS SON PRINCIPALMENTE EL SISTEMA DE FILTRADO DEL TUBO QUE DETIENE LOS RAYOS X QUE NO CONTRIBUYEN A FORMAR IMAGEN, AFECTAN LA SALUD DEL PACIENTE Y LOS OPERADORES, ADEMÁS DE AUMENTAR EL RUIDO POR RADIACIÓN DISPERSA; NUESTRA DISTANCIA FUENTE A IMAGEN (SID) DE 99 CM, REQUIERE MENOR POTENCIA PUESTO QUE LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN DISMINUYE DE AUMENTARSE LA DISTANCIA A LA FUENTE; LA EFICIENCIA O RENDIMIENTO CUÁNTICO DE NUESTRO DETECTOR (DQE) DEL 77% NOS PERMITE TRABAJAR A DOSIS MENORES. NUESTRO ARCO EN C PHILIPS ESTÁ UTILIZANDO UN ENFOQUE DE AHORRO DE DOSIS SIN COMPROMETER LA CALIDAD DE IMAGEN. POR LO TANTO, CREEMOS QUE ESTE RANGO DE KV ES RELATIVO A LA TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE OTRAS PARTES FUNDAMENTALES DEL ARCO EN C QUE, EN SU CONJUNTO, POR EL ENFOQUE DE EFICIENCIA Y REDUCCIÓN DE DOSIS, CONSTITUYEN UNA MEJORA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
617415	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	<p>PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"</p> <p>PUNTO: 1.1.3.- CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O CONTINUA DE 3 MA. O MENOR A 200 MA. O MAYOR.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 0.5 A 60 MA, LO CUAL NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN NI FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y CORRESPONDE A FACTORES DE DISEÑO DE NUESTRO SISTEMA. CABE SEÑALAR QUE CUMPLIMOS CON LA POTENCIA DEL GENERADOR SOLICITADA DE 15 KW Y LA TECNOLOGÍA DE ÁNODO ROTARIO QUE PERMITEN POSICIONAR SU USO PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS DEMANDANTES. LOS FACTORES DE DISEÑO MENCIONADOS SON PRINCIPALMENTE EL ANCHO DE PULSO EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 5.3 MS A 85.3 MS, LO CUAL PERMITE TRABAJAR A MAYOR MA/S EN COMPARACIÓN CON VALORES DE MA PICO MAYORES PERO CON MENOR DURACIÓN DEL PULSO; NUESTRA DISTANCIA FUENTE A IMAGEN (SID) DE 99 CM, REQUIERE MENOR POTENCIA PUESTO QUE LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN DISMINUYE DE AUMENTARSE LA DISTANCIA A LA FUENTE; LA EFICIENCIA O RENDIMIENTO CUÁNTICO DE NUESTRO DETECTOR (DQE) DEL 77% NOS PERMITE TRABAJAR A DOSIS MENORES. ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE TRABAJAR CON VALORES ELEVADOS DE CORRIENTE PONE EN RIESGO EL FILAMENTO DEL TUBO DE RAYOS X, ADEMÁS DE CONTRIBUIR AL CALENTAMIENTO DE SISTEMA Y POR LO TANTO A MENORES TIEMPOS DE DISPARO O DISPONIBILIDAD DE IMAGEN. POR LO TANTO, CREEMOS QUE ESTE RANGO DE MA ES RELATIVO A LA TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE OTRAS PARTES FUNDAMENTALES DEL ARCO EN C QUE, EN SU CONJUNTO, POR EL ENFOQUE DE EFICIENCIA Y REDUCCIÓN DE DOSIS, CONSTITUYEN UNA MEJORA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
617416	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	<p>PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"</p> <p>PUNTO: 1.10.1.- DOS PANTALLAS LCD O TFT PREFERENTEMENTE TÁCTIL CON TAMAÑO DE 21" O MAYOR O UNA PANTALLA FULL HD DE 32" 4K (INDICAR MARCA Y MODELO DE LO OFERTADO)</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DOS PANTALLAS LCD A COLOR, DE ALTO BRILLO Y CON CALIDAD DE VISUALIZAR IMAGEN DIAGNÓSTICA, DE 19 PULGADAS Y LUT DICOM (EN CUMPLIMIENTO CON LA CALIBRACIÓN MÉDICA, NORMA DICOM GSDF). ESTO NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN NI FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y CORRESPONDE A FACTORES DE DISEÑO DE NUESTRO SISTEMA. ESTOS FACTORES SON EL TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN DIAGNÓSTICA, QUE ES DE 1K X 1K PÍXELES, INDEPENDIENTEMENTE QUE LA MATRIZ SENSIBLE DEL DETECTOR SEA MAYOR, EN NUESTRO CASO ES DE 1344 X 1344 PÍXELES. ESTO QUIERE DECIR QUE EL ESPACIO ADICIONAL CORRESPONDE A LA INTERFAZ GRÁFICA QUE, EN NUESTRO CASO, EL MONITOR CON LA IMAGEN EN VIVO Y LAS FUNCIONES DE PROCESAMIENTO, CONFIGURACIÓN O INGRESO DE DATOS, UTILIZAN INTERFAZ TÁCTIL SOBRE LA PANTALLA O SOBRE EL PANEL TÁCTIL DE LA CONSOLA MÓVIL, QUE SIMPLIFICA EL ESPACIO EN PANTALLA Y HACE MÁS ACCESIBLE LA INTERFAZ DE USUARIO. LA RESOLUCIÓN DE NUESTROS MONITORES ES DE 1280 X 1024 PÍXELES, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL TAMAÑO DE LA PANTALLA SE OCUPA PARA VISUALIZAR IMAGEN, CASO CONTRARIO A MONITORES QUE A PESAR DE TENER MAYORES DIMENSIONES SI SU RESOLUCIÓN ES MUY ELEVADA, EL TAMAÑO PARA VISUALIZAR IMAGEN EN PANTALLA SERÍA MENOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>PUEDEN OFERTAR DOS PANTALLAS DE 19 PULGADAS SIEMPREY CUANDO SEAN PREFERENTE LCD O TFT TÁCTIL O FULL HD DE 4K</p>
617417	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	<p>PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"</p> <p>PUNTO: 1.10.4.- INTERFASE DE RED ETHERNET 100 / 1000 BASE T.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE SOLICITA UNA INTERFAZ DE RED DE VELOCIDAD MÍNIMA 1000 BASE T LA CUAL ES COMPATIBLE CON INTERFASES DE MENOR VELOCIDAD COMO LA 100 BASE T O 10 BASE T, Y NO LA COMPATIBILIDAD CON UNA U OTRA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION</p>
617418	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS	TÉCNICO	PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA	<p>PARTIDA 29 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"</p> <p>PUNTO: 1.13.- QUE INCLUYA APLICACIONES PARA CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS CON</p>	<p>PUEDEN REFERENCIAR SIEMPREY CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA</p>

00000217



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007976-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
RENEADOR DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV		MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C"	MEDICIÓN DE ÁNGULOS Y DISTANCIAS  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "LA OPCIÓN DE MEDICIÓN PERMITE MEDIR UNA DISTANCIA DE LA IMAGEN ACTUAL. ADEMÁS, PERMITE CALCULAR EL ÁNGULO ENTRE DOS LÍNEAS. TAMBIÉN SE PUEDEN LLEVAR A CABO MEDICIONES EN LAS IMÁGENES AMPLIADAS. EN LO QUE RESPECTA A LOS PROCEDIMIENTOS VASCULARES, LAS MEDICIONES PUEDEN PROPORCIONAR: MEDICIÓN DE DISTANCIA DE ARTERIAS Y VENAS. MEDICIÓN DE ÁNGULO OCASIONAL". ESTO NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN NI LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	
617419	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.1.- EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN TIEMPO DE RASTREO HELICOIDAL Y AXIAL EN GIRO COMPLETO DE 360 GRADOS A 0.4 SEGUNDOS O MENOR EN CUALQUIER REGIÓN DEL CUERPO  PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE SOLICITE UNA ROTACIÓN MÍNIMA DE 0.35 SEGUNDOS O MENOR DEBIDO A QUE ÉSTE SISTEMA SERÁ USADO EN ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS Y ES DE SUMA IMPORTANCIA CONTAR CON UNA ROTACIÓN QUE PERMITA TENER IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y DE ESA MANERA SE PUEDA DAR UNA ATENCIÓN ADECUADA Y TAMBIÉN QUE NO SE VEAN EN LA NECESIDAD DE REPETIR LOS ESTUDIOS DEBIDO A UNA RESOLUCIÓN TEMPORAL DEFICIENTE, FAVOR DE CONFIRMAR	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617420	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.2.- DE 64 CORTES O MAYOR EN UN GIRO COMPLETO DE 360° DE CUERPO ENTERO.  PREGUNTA: DADO QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON PARA HOSPITALES DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, ES DECIR DE ALTA ESPECIALIDAD, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LA COBERTURA SEA AL MENOS DE 40 MM, LO QUE PERMITIRÁ REALIZAR ESTUDIO CARDIOLÓGICOS EN PACIENTES CON TAQUICARDIAS Y ARRITMIAS, ASÍ COMO PACIENTES PEDIÁTRICOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS, SE REDUCIRÁ LA DOSIS DE RADIACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIOS YA QUE EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DISMINUIRÁ, LA RESOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMÁGENES SE VERÁ BENEFICIADA, AUMENTARÍA LA CERTEZA DE LOS ESTUDIOS Y SE LOGRARÁ DAR MEJOR ATENCIÓN Y CUIDADOS AL PACIENTE, FAVOR DE CONFIRMAR	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617421	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.3.1.- ANGULACIÓN DE - 30° O MENOR A +30° Ó MAYOR  PREGUNTA: SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA ANGULACIÓN DE -24° A +30°, LA DIFERENCIA SON SOLO 6° Y NO REPRESENTA DESVENTAJA ALGUNA EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS PACIENTES O DEL TIPO DE ESTUDIOS QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO CON LA ANGULACIÓN DEL GANTRY, FAVOR DE CONFIRMAR	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617422	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.12.- CONSOLA DEL OPERADOR O ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN ( LA MARCAR Y EL MODELO DEBEN DE SER CORRESPONDIENTE A LA MARCA PRINCIPAL DEL EQUIPO):  PREGUNTA: DEBIDO A QUE NUESTRA MARCA NO SE DEDICA A FABRICAR EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITAMOS ANTEAMENTE SE NOS CONFIRME QUE ES POSIBLE OFERTAR EQUIPO DE COMPUTO/CONSOLA O HARDWARE PARA LA ESTACIÓN DE UNA MARCA DIFERENTE A LA DEL EQUIPO PRINCIPAL, TODAS LAS MARCAS DE RADIOLOGÍA ESTÁN EN LA MISMA SITUACIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617423	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.12.2.- DOS MONITORES CON PANTALLA PLANA O LCD A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 21" O MAYOR (INDICAR MARCA Y MODELO)  PREGUNTA: SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR MONITORES CON TAMAÑO ESTÁNDAR DE 19", ES LA MEDIDA QUE SE UTILIZA PARA HACER DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFÍA Y NO REPRESENTA NINGUNA DESVENTAJA YA QUE EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN NO SE REALIZA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SOLO SE ADQUIREN LAS IMÁGENES Y A DIFERENCIA DE LAS ESTACIÓN DE POSTPROCESO OFERTAMOS MONITORES CON TAMAÑO DE PANTALLA DE 24", FAVOR DE CONFIRMAR QUE PODEMOS OFERTAR DE LA MANERA MENCIONADA, GRACIAS	PODRA OFERTAR DE 19 Y 24", SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617424	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.12.15.- VISUALIZACIÓN VASCULAR AVANZADA.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000218



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

SECRETARÍA DEL PROLEGATARIO,  
PLURIPARTIDARIO Y DEFENSORA  
DEL CIUDADANO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ESPECIALIZADOS SA DE CV			PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO SUGERIMOS SEAN LICENCIAS QUE SOLO SE SOLICITEN EN LA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SI SON INSTALADAS EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN SOLO SE DUPLICARÁN INCREMENTANDO EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y NO TENDRÍAN USO YA QUE ÉSTAS SON USADAS POR LO RADIÓLOGOS AL MOMENTO DE LLEVAR ACABO EL DIAGNÓSTICO EN LAS ESTACIONES DE POSTPROCESO Y NO EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	
617425	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS OS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.12.19.- SOFTWARE ESPECÍFICO PARA COLONOSCOPIA Y ENDOSCOPIA VIRTUAL.  PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO SUGERIMOS SEAN LICENCIAS QUE SOLO SE SOLICITEN EN LA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SI SON INSTALADAS EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN SOLO SE DUPLICARÁN INCREMENTANDO EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y NO TENDRÍAN USO YA QUE ÉSTAS SON USADAS POR LO RADIÓLOGOS AL MOMENTO DE LLEVAR ACABO EL DIAGNÓSTICO EN LAS ESTACIONES DE POSTPROCESO Y NO EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617426	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS OS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.12.20.- PAQUETE PARA LA REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS ÓSEAS PARA ANÁLISIS VASCULAR Y ARTEFACTOS METÁLICOS.  PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO SUGERIMOS SEAN LICENCIAS QUE SOLO SE SOLICITEN EN LA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SI SON INSTALADAS EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN SOLO SE DUPLICARÁN INCREMENTANDO EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y NO TENDRÍAN USO YA QUE ÉSTAS SON USADAS POR LO RADIÓLOGOS AL MOMENTO DE LLEVAR ACABO EL DIAGNÓSTICO EN LAS ESTACIONES DE POSTPROCESO Y NO EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617427	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS OS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.12.22.- PERFUSIÓN CEREBRAL.  PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO SUGERIMOS SEAN LICENCIAS QUE SOLO SE SOLICITEN EN LA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SI SON INSTALADAS EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN SOLO SE DUPLICARÁN INCREMENTANDO EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y NO TENDRÍAN USO YA QUE ÉSTAS SON USADAS POR LO RADIÓLOGOS AL MOMENTO DE LLEVAR ACABO EL DIAGNÓSTICO EN LAS ESTACIONES DE POSTPROCESO Y NO EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617428	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS OS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.13.- ESTACIÓN DE TRABAJO MULTIMODAL O CONSOLA DE POSTPROCESO (INCLUIR MARCA Y MODELO CORRESPONDIENTE A LA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL)  PREGUNTA: DEBIDO A QUE NUESTRA MARCA NO SE DEDICA A FABRICAR EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITAMOS ANTE TAMENTE SE NOS CONFIRME QUE ES POSIBLE OFERTAR EQUIPO DE COMPUTO/CONSOLA O HARDWARE PARA LA ESTACIÓN DE UNA MARCA DIFERENTE A LA DEL EQUIPO PRINCIPAL, TODAS LAS MARCAS DE RADIOLOGÍA ESTÁN EN LA MISMA SITUACIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617429	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS OS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.8.- GENERADOR DE RAYOS X  PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN MEXICANA TIENE UNA ALTA TASA DE OBESIDAD PROPONEMOS QUE ESTE VALOR SOLICITADO SEA DE 80 KW O MAYOR Y SEA UN VALOR NOMINAL, ES DECIR, UN VALOR QUE PUEDA SER ENTREGADO POR EL HARDWARE DEL EQUIPO Y NO POR UNA EQUIVALENCIA DE RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA Y ASÍ GARANTIZAR UNA ADECUADA PENETRACIÓN DE LOS TEJIDOS EN PACIENTES DE ALGO ÍNDICE DE MASA CORPORAL O PERSONAS OBESAS, FAVOR DE CONFIRMAR.	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617430	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS OS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA  PUNTO: 1.13.15.- APLICACIÓN CARDIACA, ANGIOGRAFÍA POR CT DE VASOS CORONARIOS, CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS Y ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE CALCIO EN IMÁGENES DE CT CARDIACAS  PREGUNTA: DE ACUERDO AL TIPO DE HOSPITALES Y EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LO QUE SON REQUERIDOS LOS SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA SUGERIMOS QUE SE INCLUYA LOS SOFTWARES DE APLICACIÓN CLÍNICA MÁS AVANZADOS DE ESPECIALIZACIÓN, COMO SON LOS ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA BENEFICIO DE LOS PACIENTES Y QUE LOS SISTEMAS ESTÉN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y EN VANGUARDIA, POR LO QUE SUGERIMOS SE	PARA ESTA UNIDAD NO SE REQUIERE

00000219



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				INCLUYA EL ALGORITMO QUE TIENE COMO FUNCIÓN PRINCIPAL INCREMENTAR LA ROBUSTEZ DE LA IMAGEN CARDIACA Y PARA ELLO SE NECESITA UNA CORRECCIÓN DE MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DE LA CORONARIA DERECHA REALIZADO MEDIANTE LA ESTIMACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA ARTERIA CORONARIA EN UN RANGO PREDEFINIDO ALREDEDOR DE UNA FASE CARDIACA DE REFERENCIA INCLUSO A ALTAS FRECUENCIAS CARDÍACAS, POR LO QUE SE PODRÍA DIAGNOSTICAR LOS ESTUDIOS DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE, SE PODRÍAN ATENDER A PACIENTES CON PATOLOGÍAS MÁS COMPLEJAS, SE PODRÍA EXTENDER EL TIPO DE POBLACIÓN Y SE AHORRARÍAN TIEMPOS DE ESPERA LO QUE TAMBIÉN TRAERÍA COMO BENEFICIO QUE LOS PACIENTES PUEDAN RECIBIR UN DIAGNÓSTICO QUE PUEDA SALVAR SUS VIDAS EN TIEMPO Y EN FORMA Y ADEMÁS QUE UNA DE LAS VENTAJAS PRINCIPALES ES QUE LA TOMOGRAFÍA VA A AYUDAR A TODOS ESOS PACIENTES QUE PODRÍAN TENER UN DIAGNÓSTICO CONFIABLE ANTES DE SER ENVIADOS DIRECTAMENTE A UNA HEMODINAMIA Y ASÍ TENER UN ESTUDIO PREDICTIVO, POCO INVASIVO Y DE MUY ALTA CALIDAD, ADEMÁS QUE PODRÍA AYUDAR A SOLVENTAR TODOS ESOS TIEMPOS DE ESPERA PARA UN ESTUDIO DE ESTE TIPO, FAVOR DE CONFIRMAR.	
617431	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA	PUNTO: 1.13.15.-APLICACIÓN CARDIACA, ANGIOGRAFÍA POR CT DE VASOS CORONARIOS, CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS Y ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE CALCIO EN IMÁGENES DE CT CARDIACAS.  PREGUNTA: CREEMOS QUE LO SOLICITADO ES MUY POCO PARA EL ANÁLISIS CARDIACO QUE SE REQUIERE HOY EN DÍA, POR LO QUE SUGERIMOS QUE SE ADICIONE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL SISTEMA CARDIACO Y FUNCIONAL/ANATÓMICO (CORONARIAS Y VENTRÍCULO IZQUIERDO), FAVOR DE CONFIRMAR.	PARA ESTA UNIDAD NO SE REQUIERE
617432	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 30: ARCHIVEROS PARA PORTAOBJETOS.	PUNTO: 1.2.- ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, ACABADO EPOXI.  PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "ACERO RESISTENTE". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617433	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 30: ARCHIVEROS PARA PORTAOBJETOS.	PUNTO: 1.3.- DIMENSIONES MÍNIMAS A CONSIDERAR , SIN TOMAR EN CUENTA LAS RUEDAS: 49CM X 49CM X 110CM (O MAYOR) (ANCHO,PROFUNDO,ALTO).  PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR 59,5 (ANCHO) X 71,3 (PROFUNDIDAD) X 110,0 (ALTO) CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617434	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 30: ARCHIVEROS PARA PORTAOBJETOS.	PUNTO: 1.5.1.- PORTAOBJETOS: MÍNIMO 80,500.  PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 76.800 PORTAOBJETOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTE.
617435	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 30: ARCHIVEROS PARA PORTAOBJETOS.	PUNTO: 1.6.2.- CAJONES DE FÁCIL DESLIZAMIENTO Y APERTURA CON JALADERA, QUE PERMITA EL ACCESO A TODA LA SUPERFICIE DEL CAJÓN (SIN QUE SE CAIGA).  PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO EL CONCEPTO DE "JALADERA" NOS PERMITA REFERENCIARLO CON IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO
617436	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 30: ARCHIVEROS PARA PORTAOBJETOS.	PUNTO: V. DOCUMENTACIÓN (REGISTRO SANITARIO, CERTIFICACIONES Y CARTA DE APOYO) 2.1. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2015 DEL FABRICANTE Y/O PARTICIPANTE.  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y/O 13485 DEL FABRICANTE Y/O PARTICIPANTE. ¿SE ACEPTA?	UNICAMENTE PARA ESTA PARTIDA SE ACEPTA
617437	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 30: ARCHIVEROS PARA PORTAOBJETOS.	PUNTO: V. DOCUMENTACIÓN (REGISTRO SANITARIO, CERTIFICACIONES Y CARTA DE APOYO). 2.2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DEL FABRICANTE DEL ACERO, EN EL QUE SE MENCIONE COMO CLIENTE AL FABRICANTE DEL MOBILIARIO MÉDICO.  PREGUNTA: ENTENDEMOS EN CASO DE QUE AL FABRICANTE DE LA MARCA NO SEA DIRECTAMENTE EL FABRICANTE DEL BIEN, SE PODRÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO DEL FABRICANTE ORIGINAL DEL BIEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

01500000

00000220



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617438	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES	2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES PREGUNTA: PODRÁN INDICARNOS CON QUE PERSONA DEBEMOS DIRIGIRNOS PARA ENTREGAR NUESTRAS MUESTRAS EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, SITA EN EL PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA. Y HACER MÁS AGIL LA ENTREGA DE LAS MISMAS FAVOR DE ACLARAR.	DEBERA PRESENTARSE EN EL PISO 21 EN EL HORARIO ESTABLECIDO
617439	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES	2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES PREGUNTA: ES DE ENTENDER QUE LA NO PRESENTACIÓN DE MUESTRAS EN LAS PARTIDAS SEÑALAS EN LOS HORARIOS Y FECHA ESTABLECIDA, SERÁ CONSIDERADO MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN DICHA PARTIDAS ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
617440	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES	2.5 ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS BIENES PREGUNTA: ES DE ENTENDERSE QUE LA FECHA DE ENTREGA DE MUESTRAS SE PODRÁ MOVER CONFORME SE DIFIERA O APLACE LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y SE DE POR CONCLUIDA DICHA JUNTA O JUNTAS A MANERA QUE LOS LICITANTES TENGAN PLENO CONOCIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS FINALES DE LAS BASES Y LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL "CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO", SE HARÁ DE CONOMIMIENTO DE LOS LICITANTES EN LA PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRANET.
617441	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO	3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA: AL LLEVARSE A CABO LA PRESENTE LICITACIÓN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DE ENTENDERSE QUE SE LLEVARÁ A CABO AL MENOS UNA JUNTA DE ACLARACIONES PARA RESOLVER REPREGUNTAS ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTABLECE QUE POR LO MENOS DEBERÁ LLEVARSE A CABO UNA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DEL RLAASSP UNA VEZ QUE SE PUBLIQUE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE ESTABLECERÁ EL PLAZO PARA FORMULAR REPREGUNTAS A LAS ACLARACIONES.
617442	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO	3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO ENTREGA DE MUESTRAS PREGUNTA: ES DE ENTENDERSE QUE LA FECHA DE ENTREGA DE MUESTRAS SE PODRÁ MOVER CONFORME SE DIFIERA O APLACE LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y SE DE POR CONCLUIDA DICHA JUNTA O JUNTAS A MANERA QUE LOS LICITANTES TENGAN PLENO CONOCIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS FINALES DE LAS BASES Y DE LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL "CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO", SE HARÁ DE CONOMIMIENTO DE LOS LICITANTES EN LA PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRANET.
617443	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO	3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO ACTO DE PRESENTACIÓN DE Y APERTURA DE PROPOSICIONES PREGUNTA: OBSERVAMOS QUE LA CONVOCANTE CONFIGURO UN SOLO ESPACIO POR PARTIDA EN LA SECCIÓN TÉCNICA, POR LO QUE SE CORRE EL RIESGO DE NO CONTAR CON EL SUFICIENTE ESPACIO PARA SUBIR TODA NUESTRA PROPUESTA DE UNA PARTIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PUEDA CREAR ESPACIOS ANEXOS EN DONDE SE PUEдан CARGAR AQUELLOS ARCHIVOS QUE NO PUDIERON SER DESCARGADOS EN SU PARTIDA CORRESPONDIENTE ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE DEBERÁ ATENDER LA GUIA DE CARGA A LA PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET, DONDE SE SEÑALA LA FORMA EN QUE DEBERÁ INTEGRAR DICHS ARCHIVOS Y LA CAPACIDAD DE LOS MISMOS. NO OBTANTE SE HABILITARÁ UN PARAMETRO EXTRA DENOMINADO "OTROS" A EFECTO DE QUE SE TENGA EL ESPACIO SUFICIENTE PARA LA CARGA DE LAS PROPOSICIONES.
617444	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4 VISITA A LAS INSTALACIONES	3.4 VISITA A LAS INSTALACIONES DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN DE ACUDIR DE MANERA OBLIGATORIA A LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA Y HORA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AQUELLAS EMPRESAS QUE NO SE ENCUENTREN REGISTRADAS EN LA LISTA DE ASISTENCIA Y PRESENTEN SU ANEXO 1.5 CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LA UNIDAD MÉDICA, ESTARÁN AUTOMÁTICAMENTE IMPOSIBILITADAS A OFERTAR TODA AQUELLAS PARTIDAS QUE SE CONTEMPLA EN EL CALENDARIO SEGÚN DÍA Y HORARIO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PAR ESAS PARTIDAS ¿ES CORRECTO?	EN CASO DE PARTICIPAR DE FORMA CONJUNTA BASTARA CON QUE UNO DE LOS LICITANTES HAYA ACUDIDO A LA VISITA Y A LA ENTREGA DE EVALUACION DE MUESTRAS
617445	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4 VISITA A LAS INSTALACIONES	3.4 VISITA A LAS INSTALACIONES PREGUNTA: A RAZÓN DE LA VISITA REALIZADA, ENTENDEMOS QUE SEDESÁ SE HARÁ CARGA DE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES, SUMINISTRO DE ENERGÍA, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O NEUMÁTICA, ASÍ COMO LOS NODOS QUE SE REQUIERA SEGÚN SE ESPECIFIQUE LA GUIA MECÁNICA PROPORCIONADA DEL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	LAS ADECUACIONES ESTRUCTURALES CORRERÁN POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, MIENTRAS QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE NODOS CORRERA POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO.

09000000

09000221



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RENECAMENTO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PUEBLO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617446	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A INSTALACIONES PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME ¿SI SERÁ PARTE DE ALCANCE DE LA LICITANTE TODO LO REFERENTE A LA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO, DESDE LA ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL, EN UNA LÍNEA 3 FÁSICA INCLUYENDO CANALIZACIÓN, CONDUCTOR CALCULADO A LA POTENCIA DEL EQUIPO Y CAÍDA DE TENSIÓN, BREAKERS O PROTECCIÓN ADECUADA, ASÍ COMO LOS CONDUCTORES DESDE EL BREAKER DE ENTRADA Y SALIDA DE LA UPS?	LA UNIDAD HOSPITALARIA PROVEERA LA ALIMENTACION ELECTRICA QUE REQUIERE EL EQUIPO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EN LA FICHA TECNICA, CANALIZACION Y CONDUCTOR CALCULADO A LA POTENCIA DEL EQUIPO , POR SU PARTE EL PROVEEDOR ADJUDICADO INSTALADA LA PORTECCION ADECUADA ASI COMO LOS CONDUCTORES DESDE EL BREAKER ENTRADAS Y SALIDAS DE LA UPS
617447	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A INSTALACIONES PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME ¿SI SERÁ PARTE DE SU ALCANCE LA NIVELACIÓN DEL PISO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO EL PISO DEFINITIVO? ADEMÁS DE SI CONOCEN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO.	LAS ADECUACIONES CORRERÁN POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.
617448	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A INSTALACIONES PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME ¿SI LOS ACCESORIOS COMO BOTONES DE PARO, EL FOCO DE LA LUZ INDICADORA ROJA, ASÍ COMO SU CANALIZACIÓN Y CABLEADO QUE SON NECESARIOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA SERÁN PARTE DE SU ALCANCE?	LOS ACCESORIOS COMO BOTONES DE PARO Y FOCO DE LA LUZ INDICADORA ROJA Y SU INSTALACION DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO
617449	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4 VISITA A INSTALACIONES	3.4 VISITA A INSTALACIONES PARTIDA 54. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, QUE TIPO DE EQUIPO SE PIENSA COLOCAR PARA EL AIRE ACONDICIONADO.	SE ADECUA DE ACUERDO A LA GUIA MECANICA DEL EQUIPO POR EL PROVEEDOR ADJUDICAD
617450	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 2. CONDICIONES DE ENTREGA	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 2. CONDICIONES DE ENTREGA DICE: LOS BIENES SE DEBERÁN ENTREGAR EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO, A EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS 14 "MASTOGRÁFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS", PARTIDA 53 "MASTOGRÁFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS" Y PARTIDA 54 "TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES UNIDAD PARA" QUE TENDRÁN UN PLAZO MÁXIMO DE 120 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO. PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR SI LOS PLAZOS SEÑALADOS, INCLUYEN LA ENTREGA, INSTALACIÓN , CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACLARAR FAVOR DE ACLARAR	EL PLAZO DE ENTREGA SON DE ACUERDO AL NUMERAL 2 "CONDICIONES DE ENTREGA" Y PORTERIOR A LA ENTREGA CORRERÁ LOS 14 DÍAS PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO
617451	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.2 NORMAS	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.2 NORMAS PREGUNTA: ES DE ENTENDERSE QUE LA CARTA DEBERÁ MENCIONAR SOLO AQUELLAS NORMAS QUE APLIQUEN AL BIEN OFERTADO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
617452	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.3.1 REGISTROS Y CERTIFICADOS	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.3.1 REGISTROS Y CERTIFICADOS PARA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PREGUNTA: ES DE ENTENDERSE QUE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD SE PRESENTARÁN ÚNICAMENTE POR EL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, ES POR TODOS LOS BIENES SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA
617453	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.3.1 REGISTROS Y CERTIFICADOS	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.3.1 REGISTROS Y CERTIFICADOS PARA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 6.3.1.3.2 PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO 6.3.1.3.2.1 CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O CE O JIS O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN 6.3.1.3.2.2 CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN  PREGUNTA: DADO QUE, EN EL CASO PARTICULAR DE LA PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES, REFIERE A UN SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN, TRAZABILIDAD Y SERVIDOR / SERVIDOR REDUNDANTE, CUYA CALIDAD NO SOLO SE PUEDE MEDIR POR LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMA SINO TAMBIÉN EN LA CAPACIDAD DEL LICITANTE DE OFRECER EL RESPALDO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE PARA LOGRAR EL DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DESEADA PARA DICHO SISTEMA, ES DE ENTENDERSE QUE PARA EL CASO PARTICULAR DE LA PARTIDA 41, SE DEBERÁ ANEXAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA, EL CERTIFICADO ISO 9001:2015 DEL PROPIO LICITANTE QUE LO	NO ES CORRECTO

10800000

00000222



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RENAIXEMENT DEL PROLETARIADO,  
REPOSICIONADO Y DEFENSOR  
DEL PAÍS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CERTIFIQUE EN LA VENTA, DISTRIBUCIÓN, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO, ASÍ COMO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE PATOLOGÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
617454	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA DICE: ...ASÍ COMO UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA. PREGUNTA: DADO QUE AQUELLOS CONTRATOS EMITIDOS POR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA QUE SE HAYAN OTORGADO EN EL PLAZO DE 3 AÑOS EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SUS FIANZAS NO HAN PODIDO SER LIBERADAS DADO QUE LAS GARANTÍAS RELACIONADAS A LAS MISMAS AÚN SE ENCUENTRAN VIGENTES, SOLICITAMOS SE ACEPTE COMO OPCIÓN PRESENTAR CARTA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EN LA QUE ESTIPULE QUE A LA FECHA NO HAN SIDO MOTIVO DE RECLAMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617455	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA DICE: ...ASÍ COMO UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADA O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA. PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE COMO COMPROBANTES DE CUMPLIMIENTO, LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN, O ACTA ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA, SEGÚN LA INSTITUCIÓN DE SALUD QUE HAYA OTORGADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617456	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE LA PARTIDA 41, EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA EN EL RUBRO DE LA PATOLOGÍA DIGITAL, ANEXANDO A SU PROPUESTA DOS CONTRATOS Y / O PEDIDO Y/O FACTURAS COMO MÍNIMO CON ALGUNA INSTITUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS. REFERENTE A LA SUBROGACIÓN DE PATOLOGÍA, EN QUE SE MUESTRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PATOLOGÍA DIGITAL, O EN SU CASO, LA VENTA COMO MÍNIMO DE UN EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
617457	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARTIDA 54 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARAPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE LA PARTIDA 54, EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA ANEXANDO A SU OFERTA, AL MENOS DOS CONTRATOS Y / O PEDIDO Y/O FACTURAS QUE SE LE HAYAN OTORGADO EN UN PLAZO DE TRES AÑOS A LA FECHA ANTE UNA INSTITUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR LA VENTA DE EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA,¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
617458	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.10 CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.10 CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN (SOLO APLICA PARA LAS PARTIDAS 3,4,8,10, 11,12,14,17,, 26, 41, 44, 51, 52, 53, 54 Y 55) DICE: EL CRONOGRAMA DEBERÁ CONTEMPLAR AL MENOS LOS SIGUIENTES PUNTOS: A) ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS: CONTEMPLAR OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, NODOS DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES NORMAS..... B) INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADJUDICADO..... C) CAPACITACIÓN..... PREGUNTA: A RAZÓN DE LAS VISITAS REALIZADAS, ENTENDEMOS QUE LA INSTITUCIÓN SE ENCARGARA DE LAS ADECUACIONES DE ÁREA CONFORME A LAS GUÍAS MECÁNICAS PROPORCIONADAS POR EL LICITANTE ADJUDICADO, POR TAL MOTIVO, ENTENDEMOS QUE EN REALIDAD, EL CRONOGRAMA DEBERÁ CONTEMPLAR COMO MÍNIMO LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADJUDICADO Y LA CAPACITACIÓN ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
617459	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.11 ADECUACIONES DE ÁREAS PRESUPUESTADAS	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.11 ADECUACIONES DE ÁREAS PRESUPUESTADAS DICE: LAS ADECUACIONES DE LAS ÁREAS QUE SE NECESITEN REALIZAR PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, DEBERÁN ESTAR COTIZADAS DE MANERA INDEPENDIENTE AL EQUIPO QUE SE OFERTE... PREGUNTA: A RAZÓN DE LAS VISITAS REALIZADAS, ENTENDEMOS QUE LA INSTITUCIÓN SE ENCARGARA DE LAS ADECUACIONES DE ÁREA CONFORME A LAS GUÍAS MECÁNICAS PROPORCIONADAS POR EL LICITANTE ADJUDICADO, POR TAL MOTIVO, ENTENDEMOS QUE EN REALIDAD, QUE ESTE PUNTO DE LAS BASES QUEDA SIN EFECTO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
617460	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.12 CAPACITACIÓN ...	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.12 CAPACITACIÓN ... DICE: 2. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

00000223



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-66-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ESPECIALIZADOS SA DE CV,			<p>CORRESPONDIENTE AL PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA Y DE INGENIERÍA, DE ACUERDO CON EL MANUAL DEL USUARIO DEL BIEN, DICHA CAPACITACIÓN SERÁ IMPARTIDA POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO EN LA MATERIA, DEBIENDO ACREDITAR ESTA CONDICIÓN POR MEDIO DE DIPLOMAS O CONSTANCIAS DONDE SE MENCIONE LA MARCA Y EL MODELO PROPUESTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, OBJETOS DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE DICHO PERSONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO EN LA MATERIA PUEDA SER TANTO DEL LICITANTE COMO EN SU CASO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O TITULAR DEL REGISTRO QUE NOS OTORQUE EL RESPALDO PARA EL BIEN OFERTADO. ¿SE ACEPTA?</p>	
617461	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.12 CAPACITACIÓN ...	<p>ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.12 CAPACITACIÓN ... DICE: 2. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA Y DE INGENIERÍA, DE ACUERDO CON EL MANUAL DEL USUARIO DEL BIEN, DICHA CAPACITACIÓN SERÁ IMPARTIDA POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO EN LA MATERIA, DEBIENDO ACREDITAR ESTA CONDICIÓN POR MEDIO DE DIPLOMAS O CONSTANCIAS DONDE SE MENCIONE LA MARCA Y EL MODELO PROPUESTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, OBJETOS DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.</p> <p>PREGUNTA: PARA EL CASO DE LA PARTIDA 41. SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES, ENTENDEMOS QUE, PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD DEL LICITANTE EN LA IMPARTICIÓN DE LAS CAPACITACIONES Y ASESORÍAS AL ÁREA USUARIA UNA VEZ INSTALADO EL SISTEMA, DEBERÁ DEMOSTRAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA QUE CUENTA DENTRO DE SU PLANTILLA LABORAL CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN PATOLOGÍA, CON AL MENOS TRES HISTOTECNOLOGOS Y AL MENOS UN MÉDICO PATÓLOGO, LO CUAL PODRÁ SER DEMOSTRABLE A TRAVÉS DE SU CURRÍCULUM, CEDULA PROFESIONAL Y/O TÍTULO ACADÉMICO. ¿ES CORRECTO?</p>	NO ES CORRECTO
617462	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO.	<p>ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 6.14 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO. DICE: EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE EN ARCHIVO PDF (CITANDO EL NOMBRE DEL ARCHIVO EN EL ANEXO 19) UN ESCRITO QUE CONTENGA LA LISTA DEL PERSONAL DE INGENIERÍA QUE LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO....</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS SE ACEPTE ENLISTAR PERSONAL DE INGENIERÍA TANTO DEL LICITANTE COMO EN SU CASO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O TITULAR DEL REGISTRO QUE NOS OTORQUE EL RESPALDO PARA EL BIEN OFERTADO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE
617525	DIMSAS INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	<p>1.3.2.- SISTEMA AUTOMÁTICO DE SUMINISTRO AUTOMÁTICO DE BAJO FLUJO DE GAS FRESCO. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE , YA QUE ES UNA CARACTERISTICA PROPIA DE UNA MARCA, SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617526	DIMSAS INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	<p>1.3.3.- SISTEMA AUTOMÁTICO DE AJUSTE DE GASES FRESCOS A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN POR OBJETIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE AGENTE ANESTESICO Y OXIGENACIÓN DEL PACIENTE AL FINAL DE LA EXHALACIÓN. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE , YA QUE ES UNA CARACTERISTICA PROPIA DE UNA MARCA , SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617527	DIMSAS INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22	<p>1.5.4.1.1.- CONTROL DE AJUSTE DE VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 20 A 1500 ML. ENTENDEMOS QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION OFERTAR TECNOLOGIA CON UN VOLUMEN CORRIENTE MÍNIMO DE 5ML , ES CORRECTO ?</p>	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617528	DIMSAS INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8	<p>1.2.4.1.- CABEZAL DEL SATÉLITE CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES, NI HENDIDURAS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO QUE LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS HA SIDO COMPROBADA UTILIZANDO PROCEDIMIENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE ACUERDO A LOS FABRICANTE. SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617529	DIMSAS INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	<p>1.3.1.- LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS CON PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 1000 MM SIN REENFOQUE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A CONTAR CON ILUMINACIÓN DE CAVIDADES PROFUNDAS Y MÍNIMA GENERACIÓN DE SOMBRAS. ES CORRECTO?</p>	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617530	DIMSAS INTERPRETACION MEDICASA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	<p>1.3.8.4.- ENSAMBLE RÁPIDO (CLICK ON). PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DEPENDIENDO DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?</p>	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

00000000

00000224



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617531	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.8.5.- MANDO DE CONTROL DE CAMPO QUIRÚRGICO Y CONTROL DE TEMPERATURA DE COLOR DESDE EL MANGO ESTERILIZABLE. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCATE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DEPENDIENDO DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617532	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.11.4.-FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE 7 HORAS EN SERVICIO SIN OSCILACIONES EN LA LUMINOSIDAD. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO TIEMPO DE USO DE 180 MINUTOS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617533	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	1.3.12.1.- CUERPO CERRADO HERMÉTICAMENTE, SUPERFICIES EXTERIORES LISAS QUE PERMITAN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RÁPIDA Y SEGURA.PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO QUE LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS HA SIDO COMPROBADA UTILIZANDO PROCEDIMIENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE ACUERDO A LOS FABRICANTE. SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617554	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	1.4.10.- CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. CON SUPERFICIE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN DE CRISTAL DE CUARZO RESISTENTE CONTRA IMPÁCTOS MECÁNICOS, RALLADURAS Y AGENTES QUÍMICOS. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DEPENDIENDO DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617556	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	PUNTO 1.2.- SOLICITAN CON CAPACIDAD PARA CONECTAR AL MENOS 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y A FUTURO HASTA 64-PACIENTES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON 5 CAMAS A FUTURO 64 CAMAS, ESTO PARA NO ENCARECER EL COSTO DEL EQUIPO YA QUE EN LA CEDULA SOLAMENTE SOLICITAN 5 MONITORES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
617557	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	PUNTO 1.2.- SOLICITAN CON CAPACIDAD PARA CONECTAR AL MENOS 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y A FUTURO HASTA 64-PACIENTES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON 6 CAMAS A FUTURO 64 CAMAS, ESTO PARA NO ENCARECER EL COSTO DEL EQUIPO YA QUE EN LA CEDULA SOLAMENTE SOLICITAN 6 MONITORES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
617558	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.11.- DERIVADO DE QUE CADA MARCA DE EQUIPO MÉDICO TIENE DIFERENTES NOMBRES EN SUS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA LICITANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO SE DESCRIBE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ELASTOGRAFÍA POR ONDA TRANSVERSAL. DEFORMACIÓN DEL TEJIDO EN TIEMPO REAL MEDIANTE IMPULSOS DE ULTRASONIDOS ESPECIALES. ANÁLISIS CONFIGURABLE. OPCIONES DE PRESIÓN (KPA) Y VELOCIDAD (M/S) DISPONIBLES. ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617559	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.12.- CONSIDERANDO QUE EL PROTOCOLO DE ESFUERZO FISIOLÓGICO HACE REFERENCIA CLÍNICA A EL INCREMENTO DE LOS LATIDOS POR ETAPAS DE ESTRÉS LAS CUALES SE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DE FÁRMACOS, O EN CASO QUE EL PACIENTE PUEDE, SE ELEVA EL RITMO CARDIACO POR MEDIO DE EJERCICIO YA SEA EN BANDA DE ESFUERZO O CICLOERGÓMETRO (BICICLETA) DANDO COMO RESULTADO EL ESFUERZO FISIOLÓGICO, DEBIDO A LA NOMENCLATURA DE CADA CASA COMERCIAL EN SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA AL TERMINO PROTOCOLO FISIOLÓGICO COMO SE DESCRIBE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA, ESTRÉS DE EJERCICIO EN DOS FASES Y/O ESTRÉS DE EJERCICIO EN TRES FASES (BICICLETA). ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617560	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 2.3.- ENTENDEMOS QUE SE SOLICITA UNA IMPRESORA QUE TENGA LA CAPACIDAD DE REALIZAR IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO, ASÍ COMO EN COLOR, COMO PERIFÉRICO DEL SISTEMA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617561	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 1.17.- DERIVADO DE QUE CADA MARCA DE EQUIPO MÉDICO TIENE DIFERENTES NOMBRES EN SUS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA LICITANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO SE DESCRIBE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ELASTOGRAFÍA BASADA EN DEFORMACIÓN PARA IMÁGENES DE MAMA Y GINECOLÓGICAS. ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617562	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.4.- ENTENDEMOS QUE LA LICITANTE BUSCA ADQUIRIR SISTEMAS DE LA MÁS RECIENTE GENERACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ESTA MANERA EVITAR UNA OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA A CORTO PLAZO, POR LO QUE SUGERIMOS QUE EL MÍNIMO DE PUERTOS PARA CONEXIÓN DE TRANSDUCTORES SEA DE AL MENOS TRES Y PODER ACTUALIZAR EL SISTEMA A FUTURO CON DOS O MÁS TRANSDUCTORES EN CONEXIÓN SIMULTÁNEA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617563	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.5.- EL ULTRASONIDO COMO SISTEMA DE EVALUACIÓN POR IMAGEN OCUPA TENER IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN VISUALIZADAS EN MONITORES DE AL MENOS 19 PULGADAS Y ASÍ EVITAR LA FATIGA VISUAL CON POCAS HORAS DE ACTIVIDAD, POR LO QUE PROPONEMOS QUE EL MÍNIMO DEL TAMAÑO DEL MONITOR DEL SISTEMA OFERTADO SEA DE AL MENOS 21 PULGADAS O MAYOR CON 256 NIVELES DE GRISES O MAYOR, YA QUE LA MAYORÍA DE LAS CASAS COMERCIALES TIENEN EQUIPOS CON ESTA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617564	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.2.- DEBIDO A LA DIFICULTAD TÉCNICA DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO DEMOSTRANDO QUE EL SISTEMA PROPUESTO CUENTA CON ANÁLISIS	PODRA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

00000225



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

GOBIERNO DEL PODERADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	CORRECTIVO SA DE CV			VASCULAR, EL CUAL PERMITE LA VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE VASOS TORÁCICOS SUPERFICIALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
617565	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.3.- ENTENDEMOS QUE PARA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO ES CAPAZ DE REALIZAR MEDICIONES VASCULARES TALES COMO APLICACIONES VASCULARES (CARÓTIDA, ARTERIAL Y VENOSA), INTERVENCIONISTAS Y SUPERFICIALES; ASÍ COMO IMÁGENES CEREBROVASCULARES (CARÓTIDA, VERTEBRALES), VASCULARES PERIFÉRICAS (VENOSAS, ARTERIALES) INCLUYENDO APLICACIÓN QUIRÚRGICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
617566	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.4.- DEBIDO A LA DIFICULTAD TÉCNICA DE HACER REFERENCIA TEXTUAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO DEMOSTRANDO QUE EL EQUIPO ES CAPAZ DE REALIZAR APLICACIONES VASCULARES Y EN ESTAS EL USO DE GUÍA DE BIOPSIA DESPLEGABLE EN IMAGEN, CONSIDERANDO MODOS PARA APLICACIONES INTERVENCIONISTAS, VARIOS ÁNGULOS DE BIOPSIA, LO CUAL EN TÉRMINOS CLÍNICOS APORTA LA SOLUCIÓN INTEGRAL A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRA SU EQUIVALENCIA
617567	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.9.- ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LOS EQUIPOS PROPUESTOS CUENTEN CON UNA APLICACIÓN DIAGNOSTICA VASCULAR QUE CUENTE CON HERRAMIENTAS DE REDUCCIÓN DE ÁREA PORCENTUAL Y DE REDUCCIÓN DE DIÁMETRO PORCENTUAL, REDUCCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA, FLUJO DE VOLUMEN, VELOCIDAD MÁXIMA PROMEDIADA EN EL TIEMPO, VELOCIDAD MEDIA PROMEDIADA EN EL TIEMPO, ÍNDICE DE RESISTENCIA, ÍNDICE DE PULSATILIDAD, RELACIÓN SISTÓLICA/DIASTÓLICA Y TIEMPOS DE ACCELERACIÓN/DECELERACIÓN DE VASOS Y PODER REALIZAR UNA EXPORTACIÓN DE MEDICIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO CON CREACIÓN DE INFORMES ESTRUCTURADOS DICOM ESTÁNDAR PARA: VASCULAR" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617568	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.10.- DEBIDO A LA DIFICULTAD TÉCNICA DE HACER REFERENCIA TEXTUAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO MEDIANTE: "LA CARACTERÍSTICA DE VISUALIZACIÓN DE LA AGUJA PROPORCIONA UNA VISIÓN OPTIMIZADA DE LA AGUJA DURANTE PROCEDIMIENTOS QUE EMPLEAN AGUJAS DE BIOPSIA ESTÁNDAR. LA VISUALIZACIÓN DE LA AGUJA ESTÁ DISPONIBLE EN UN ÁREA ESPECÍFICA DE LA IMAGEN. DICHA ÁREA SE DEFINE MEDIANTE UN BORDE DE LÍNEA PUNTEADA, SOBREIMPUESTO A LA IMAGEN" ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRA SU EQUIVALENCIA
617569	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.13.- ENTENDEMOS QUE LA LICITANTE BUSCA ADQUIRIR SISTEMAS DE LA MÁS RECIENTE GENERACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ESTA MANERA EVITAR UNA OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA A CORTO PLAZO, POR LO QUE SUGERIMOS QUE EL MÍNIMO DE ALMACENAMIENTO INTERNO DEBE DE SER DE AL MENOS 500 GB O MAYOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617570	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 2.1.- PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL MANEJA DIFERENTES RANGOS DE FRECUENCIA ES SUS TRANSDUCTORES LINEALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE 4 MHZ A 12 MHZ, CON APLICACIONES VASCULARES (CARÓTIDA, ARTERIAL Y VENOSA), INTERVENCIONISTAS, INTESTINALES, MUSCULOESQUELÉTICAS Y DE PARTES BLANDAS, Y SUPERFICIALES, IMÁGENES CEREBROVASCULARES (CARÓTIDA, VERTEBRALES), VASCULARES PERIFÉRICAS (VENOSAS, ARTERIALES), DE MAMAS Y MUSCULOESQUELÉTICAS. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617571	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	PUNTO 1.9.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA LICITANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO SE DESCRIBE EN NUESTROS CATÁLOGOS: ELASTOGRAFÍA POR ONDA TRANSVERSAL. DEFORMACIÓN DEL TEJIDO EN TIEMPO REAL MEDIANTE IMPULSOS DE ULTRASONIDOS ESPECIALES. ANÁLISIS CONFIGURABLE. OPCIONES DE PRESIÓN (KPA) Y VELOCIDAD (M/S) DISPONIBLES. LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO UTILIZANDO UN DIFERENTE TERMINO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRA SU EQUIVALENCIA
617572	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	PUNTO 1.10. CONSIDERANDO QUE EL PROTOCOLO DE ESFUERZO FISIOLÓGICO HACE REFERENCIA CLÍNICA A EL INCREMENTO DE LOS LATIDOS POR ETAPAS DE ESTRÉS LAS CUALES SE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DE FÁRMACOS, O EN CASO QUE EL PACIENTE PUEDA, SE ELEVA EL RITMO CARDIACO POR MEDIO DE EJERCICIO YA SEA EN BANDA DE ESFUERZO O CICLOERGÓMETRO (BICICLETA) DANDO COMO RESULTADO EL ESFUERZO FISIOLÓGICO, DEBIDO A LA NOMENCLATURA DE CADA CASA COMERCIAL EN SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA AL TERMINO PROTOCOLO FISIOLÓGICO COMO SE DESCRIBE EN NUESTRA BIBLIOGRAFÍA, ESTRÉS DE EJERCICIO EN DOS FASES Y/O ESTRÉS DE EJERCICIO EN TRES FASES (BICICLETA). ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617573	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	PUNTOS 1.12 Y 1.12.1 ENTENDEMOS QUE UNA IMAGEN 3D EN TIEMPO REAL REPRESENTA UNA IMAGEN 4D POR LO QUE DEBEMOS DEMOSTRAR QUE EL SISTEMA PROPUESTO TIENE CAPACIDAD DE REALIZAR IMAGEN 3D Y 4D. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
617594	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	PUNTOS 1.12 Y 1.12.2 LA IMAGEN 4D EN TIEMPO REAL ES LA CAPACIDAD DE UN SISTEMA DE PODER VISUALIZAR UN VOLUMEN EN MOVIMIENTO EN TIEMPO REAL POR LO QUE SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO ES CAPAZ DE REPRESENTAR IMÁGENES VOLUMÉTRICAS DE HASTA 36 VOLÚMENES POR SEGUNDO O MAYOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617595	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	PUNTO 2.3.- ENTENDEMOS QUE SE SOLICITA UNA IMPRESORA QUE TENGA LA CAPACIDAD DE REALIZAR IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO, ASÍ COMO EN COLOR, COMO PERIFÉRICO DEL SISTEMA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000000

00000226



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
RENOVACIÓN SOCIAL Y DEFENSA  
DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	CORRECTIVO SA DE CV				
617596	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	PUNTO 1.1.1. DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE UN EQUIPO CON POTENCIA DE 20 KW O MAYOR EL CUAL ES ADECUADO PARA APLICACIONES DE RADIOGRAFIA ESTÁNDAR ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA CON UNA TOLERANCIA DEL ±10%
617597	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	PUNTO 1.7. DEBIDO A QUE ESTAN SOLICITANDO UN EQUIPO CON GRAN MANIOBRABILIDAD, MOTORIZADO Y CON BATERIAS, DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON PESO DE 580 KG O MENOR, ¿SEACEPTA?	SE ACEPTA CON UNA TOLERANCIA DEL ±10%
617598	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	PUNTO 1.15. CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL MANEJO Y VISUALIZACION DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR UNA PANTALLA INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA TACTIL DE POR LO MENOS 17". ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617599	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.1.1. CON FINES DE REFERENCIA DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A LA ESTACIÓN DE AQUISICIÓN ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
617600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.1.3. CON LA FINALIDAD DE ABARCAR TODAS LAS TECNICAS Y TIPOS DE PACIENTE DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON RANGO DE KV DE 40KV A 100 KV¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ APREGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
617601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.4.3. DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO TENDRA LA CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG O MAYOR EL CUAL PERMITE CUBRIR DE FORMA SEGURA AL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA MESA DEL PACIENTE DEBE SOPORTAR AL MENOS UNA CARGA DE 180 KG.
617602	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 13, LAVADORA ULTRASÓNICA.	PUNTO 1.9. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA POSIBLE REFERENCIAR GABINETE Y "TAPA" DE ACERO INOXIDABLE, YA QUE ESTOS EQUIPOS NO CUENTAN CON UNA PUERTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA, SIN EMBARGO LA TAPA DEBERA SER FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE
617603	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA ORIENTACIÓN DE LA MUESTRA DE 12°, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617604	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.4, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN DESBASTE DE 10 A 600 MICRAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617605	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.5., SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONTROL DE TEMPERATURA DE LA CRIO CÁMARA DE 10° C A -50° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617606	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.4.9. Y 2.4, ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE ESTA SEA OPCIONAL, ESTO CON EL FIN DE QUE NO SE VE LIMITADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
617607	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PREGUNTA: PUNTO 1.8. NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR UV, POR LO CUAL NO REQUIERE DE UN SISTEMA DE FILTRADO HEPA, POR LO CUAL SOLICITAMOS PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617608	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.4, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL TFT DE 4.3 PULGADAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617609	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE + 5° C HASTA 250° C ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
617610	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.8, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN HORNO CON CAPACIDAD DE 52 LITROS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00400227



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	CORRECTIVO SA DE CV				
617611	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.9.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN HORNO CON DIMENSIONES INTERNA DE 33 X 47 X 33 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
617612	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 35, HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PREGUNTA: PUNTO 1.9.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN HORNO CON DIMENSIONES INTERNA DE 53 X 82 X 52 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
617613	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN MICROTOMO CON AVANCE MOTORIZADO (MOVIMIENTO HORIZONTAL) DE HASTA 30 MM, SIENDO ESTO CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS REQUERIDAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617614	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.6, 1.6.1 Y 1.6.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN AJUSTE DE DESBASTE EN 5 PASOS, 1, 2, 5, 10 Y 50 MICRAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO REQUERIDO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617615	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.7, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA RETRACCIÓN DE 5 A 100 MICRAS EN PASOS DE 5 MICRAS, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617616	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.13, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA POSIBLE OFERTAR UN PORTA MUESTRAS, PARA MUESTRAS ESTÁNDAR DE 55 X 50 X 30 MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA UN +/- 10%
617617	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 37, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.17, ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE ESTA SEA OPCIONAL, ESTO CON EL FIN DE QUE NO SE VE LIMITADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617618	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA.	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PLACA CALEFACTORA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE HASTA 85° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617619	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.3, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PLACA FRÍA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE HASTA -20° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617620	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36	FICHA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA N° 36, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PREGUNTA: PUNTO 1.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN TANQUE CON CAPACIDAD DE HASTA 80 CASETES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN BASES
617621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	NUMERAL 1.2.7.- ENTENDEMOS QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO, LA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DEBE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE 4000 A 5000° KELVIN O MAYOR, ES CORRECTO?	EL RANGO VARIABLE DEBE ABARCAR DE 4000 A 5000° O MAYOR.
617622	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	NUMERAL 1.4.1.- ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO REQUIERE PROPORCIONAR ILUMINACION LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA MEDIANTE LUZ BLANCA, FRÍA E INDIRECTA PRODUCIDA AL UTILIZAR UNA PARÁBOLA ESPECÍFICAMENTE CALCULADA PARA REFLEJAR DE MODO PUNTUAL EN EL CAMPO OPERATORIO LA TOTALIDAD DE LOS RAYOS LUMINOSOS EMITIDOS POR EL LED SIN DISPERSIÓN ALGUNA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
617623	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	NUMERAL 1.4.2.1.- DEBIDO A QUE NUESTRA TECNOLOGÍA MEDIANTE LUZ BLANCA, FRÍA E INDIRECTA PRODUCIDA AL UTILIZAR UNA PARÁBOLA ESPECÍFICAMENTE CALCULADA PARA REFLEJAR DE MODO PUNTUAL EN EL CAMPO OPERATORIO LA TOTALIDAD DE LOS RAYOS LUMINOSOS EMITIDOS POR EL LED SIN DISPERSIÓN ALGUNA, EL RESULTADO PERMITE: • REDUCIR EL NÚMERO DE LED UTILIZADOS, • DISMINUIR LA TEMPERATURA IRRADIADA EN EL CAMPO OPERATORIO. GRACIAS AL PRINCIPIO DE LUZ INDIRECTA AL CIRUJANO Y A LOS ASISTENTES NO LES MOLESTA NUNCA LA LUZ EMITIDA Y PUEDEN OPERAR SIN CANSANCIO VISUAL Y SOBRE TODO SIN FENÓMENOS DE DESLUMBRAMIENTO, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FUENTE DE LUZ CON 30 LED'S DE LUZ BLANCA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617624	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	NUMERAL 1.4.3.- ENTENDEMOS QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUERIMIENTO TÉCNICO, LA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DEBE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE 4,200 A 5,500 KELVIN, ES CORRECTO?	LA TEMPERATURA DE COLOR DEBE SER REGULABLE DE 4200 A 5500.
617625	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	NUMERAL 1.4.5.1.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICA SUPERIOR EN DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 180 A 300 MM, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617626	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL	NUMERAL 1.4.6.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICA SUPERIOR EN ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 263 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE LO CUAL PROPORCIONA UN TOTAL DE 160,000 LUXES, SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617627	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	NUMERAL 1.2.1.- ENTENDEMOS QUE LA LÁMPARA DE EMERGENCIA ES UN ELEMENTO MÓVIL POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA POR MEDIO DE BASE RODABLE CON FRENSOS MISMA QUE PERMITE DAR LOS GIROS Y MOVILIDAD DESEADA DENTRO DE LA SALA OPERATORIA, ADEMÁS EL EQUIPO CUENTA CON MOVIMIENTO HORIZONTAL DE 30° HACIA CADA LADO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617628	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	NUMERAL 1.2.2.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR ABATIBLE DE +27°/-46° CON MOVIMIENTO VERTICAL DE 73 CM LO CUAL EVITA COLISIONES CON EL TECHO DEL QUIROFANO YA QUE NUESTRA LAMPARA CUENTA CON PEDESTAL DE 185.5 CM, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617629	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	NUMERAL 1.3.1.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TECNOLOGÍA DE PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LUZ INDIRECTA DE 950 MM MISMO QUE PERMITE MENOR INTENSIDAD LUMINOSA Y MAYOR PROFUNDIDAD LO QUE RESULTA EN DESLUMBRAR MENOS AL MOMENTO DE COLOCAR LA CÚPULA CERCANA AL CIRUJANO PARA LOS CASOS NECESARIOS ASÍ COMO ELIMINAR LA MAYOR INTERPOSICIÓN DE CUERPOS MEDIANTE LUZ INDIRECTA PARA TENER UN CAMPO QUIRÚRGICO LIBRE DE SOMBRAS, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617630	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	NUMERAL 1.3.3.-TOMANDO EN CUENTA QUE LA SOLICITUD DE LA CONVOCANTE ES UNA LÁMPARA DE EMERGENCIA, ENTENDEMOS QUE ES UNA LÁMPARA QUE SERÁ UTILIZADA DE MANERA RÁPIDA EN CASOS URGENTES YA SEA COMO SOPORTE O POR FALLA DE ALGUNA OTRA LUMINARIA. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE EN AL MENOS DOS PASOS MISMOS QUE DEBEN ESTAR DENTRO DEL RANGO DE 4500 Y 5000 GRADOS KELVIN, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
617631	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	NUMERAL 1.3.5.2.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TECNOLOGÍA DE PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LUZ INDIRECTA DE 950 MM MISMO QUE PERMITE MENOR INTENSIDAD LUMINOSA Y MAYOR PROFUNDIDAD LO QUE RESULTA EN DESLUMBRAR MENOS AL MOMENTO DE COLOCAR LA CÚPULA CERCANA AL CIRUJANO PARA LOS CASOS ASÍ NECESARIOS, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617632	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	NUMERAL 1.3.6.- EN EL NUMERAL 1.3.7 SE SOLICITA 100,000 LUXES DE ENERGÍA RADIANTE TOTAL Y EN EL NUMERAL 1.3.6 SE SOLICITA 160,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA AMBOS PUNTOS SE DEBERÁ OFERTAR 160,000 LUXES PARA EVITAR CONTRAPOSICIÓN EN LOS PUNTOS TÉCNICOS?	NO ES CORRECTO
617633	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	NUMERAL 1.14.2.- ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERA PERMITIR UN ÓPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C EN EL LADO DE LA PIECERA MEDIANTE DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOVIMIENTO LONGITUDINAL TANTO EN EL LADO DE LA PIECERA COMO DE LA CABECERA DE 39 CM CADA UNO, LO CUAL PROPORCIONA EL ÓPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C SIN REQUERIR CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA PARA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE, SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617634	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.2 FICHA TÉCNICA MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	NUMERAL 1.15.1.- PARA EVITAR EL CONTINUO MANTENIMIENTO Y DERRAME DE ACEITE DEBIDO A AVERÍAS EN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BATERÍA INTERNA CON RESPALDO DE ENERGÍA DE 180 MIN O SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA POR MEDIO DE BOMBEO NO INTERCONSTRUIDO O INTEGRADO EN LA COLUMNA PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLO ELÉCTRICO Y CONTROL/PANEL DE RESERVA O EMERGENCIA INTEGRADO EN LA COLUMNA DE LA MESA EN CASO DE FALLA EN EL CONTROL DE MANDO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	NUMERAL 1.17.17 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA LA OPCION DE OFERTAR UN MODULO CAPAZ DE DESPLEGAR LA LECTURA DE UN EQUIPO EXTERNO TAL COMO LA MAQUINA DE ANESTESIA, VENTILADOR, ETC PARA OTORGAR LA MONITORIZACION DEL PARAMETRO SOLICITADO. CON ESTE MODULO SE ABRIRA LA POSIBILIDAD DE CENTRALIZAR LOS PARAMETROS DEL PACIENTE Y ASI TENER TODOS LOS PARAMETROS POSIBLES PARA EL MEJOR CUIDADO DEL PACIENTE.	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617636	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS	NUMERAL 1.17.17 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA LA OPCION DE OFERTAR UN MODULO CAPAZ DE DESPLEGAR LA LECTURA DE UN EQUIPO EXTERNO TAL COMO LA MAQUINA DE ANESTESIA, VENTILADOR, ETC PARA OTORGAR LA MONITORIZACION DEL PARAMETRO SOLICITADO. CON ESTE MODULO SE	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000000

00000229



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
BENEFICIO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAÍZ

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ABRIRA LA POSIBILIDAD DE CENTRALIZAR LOS PARAMETROS DEL PACIENTE Y ASI TENER TODOS LOS PARAMETROS POSIBLES PARA EL MEJOR CUIDADO DEL PACIENTE.	
617637	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	SIN PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMÁGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO
617638	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	SIN PUNTO, ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ UN MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
617639	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	SIN PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617640	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.1.- EVALUACIÓN DE VASOS EN EXTREMIDADES Y CUELLO QUE LLEVAN AL CORAZÓN O PROCEDEN DE ÉL, VENAS SUPERFICIALES EN BRAZOS Y PIERNAS Y CARTOGRAFÍA VASCULAR. PREGUNTA: DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO APLICACIONES VASCULARES CARÓTIDA, ARTERIAL Y VENOSA, VASCULARES PERIFÉRICAS VENOSAS Y ARTERIALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.2.- EVALUACIÓN DE VASOS TORÁCICOS SUPERFICIALES. PREGUNTA: DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO APLICACIONES VASCULARES CARÓTIDA, ARTERIAL Y VENOSA, VASCULARES PERIFÉRICAS VENOSAS Y ARTERIALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617642	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.3.- DE ACCESO VASCULAR. PREGUNTA: DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO APLICACIONES VASCULARES CARÓTIDA, ARTERIAL Y VENOSA, VASCULARES PERIFÉRICAS VENOSAS Y ARTERIALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617643	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.3.- DE ACCESO VASCULAR. PREGUNTA: DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTOS PUNTOS CON UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO
617644	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.4.- GUÍA DE PICC, CVC, CATÉTER DE DIÁLISIS, PUERTO PIV, LÍNEA MEDIA DE COLOCACIÓN EN LÍNEAS ARTERIALES, ACCESO A FÍSTULAS E INJERTOS, Y ACCESO GENERAL A VENAS Y ARTERIAS. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE DESPLEGAR LAS IMÁGENES VASCULARES PARA GUIAR LA COLOCACIÓN DE CATÉTERES (PICC, CVC, CATÉTER DE DIÁLISIS, PUERTO PIV, LÍNEA MEDIA DE COLOCACIÓN EN LÍNEAS ARTERIALES, ACCESO A FÍSTULAS E INJERTOS, Y ACCESO GENERAL A VENAS Y ARTERIAS) Y/O VISUALIZACIÓN DE LOS MISMOS CON AYUDA DEL TRANSDUCTOR LINEAL CON APLICACIÓN VASCULAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
617645	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.4.- GUÍA DE PICC, CVC, CATÉTER DE DIÁLISIS, PUERTO PIV, LÍNEA MEDIA DE COLOCACIÓN EN LÍNEAS ARTERIALES, ACCESO A FÍSTULAS E INJERTOS, Y ACCESO GENERAL A VENAS Y ARTERIAS. DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTOS PUNTOS CON UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO
617646	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.8.4.- GUÍA DE PICC, CVC, CATÉTER DE DIÁLISIS, PUERTO PIV, LÍNEA MEDIA DE COLOCACIÓN EN LÍNEAS ARTERIALES, ACCESO A FÍSTULAS E INJERTOS, Y ACCESO GENERAL A VENAS Y ARTERIAS. PREGUNTA: DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO APLICACIONES VASCULARES CARÓTIDA, ARTERIAL Y VENOSA, VASCULARES PERIFÉRICAS VENOSAS Y ARTERIALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CAUNDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617647	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.13.- UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE 80 GB O MAYOR. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE ALMACENAR VARIOS ESTUDIOS DE PACIENTES POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 500 GB O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617648	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20 SISTEMA ECOGRÁFICO	PUNTO 1.16.- UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD-RW, DVD O USB. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DE ULTRASONIDO DEBERÁ TENER INTEGRADOS LOS PUERTOS DE CD/DVD/USB Y NO OFERTAR UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
617649	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	PUNTO 2.1.- TRANSDUCTOR LINEAL CON EL RANGO DE 6 MHZ O MENOR A 13 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTE PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO. PREGUNTA: DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA

00900000

00900230



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	CORRECTIVO SA DE CV			ESTE PUNTO COMO TRANSDUCTOR LINEAL CON EL RANGO DE 6 MHZ O MENOR A 12 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTE PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO. ¿SE ACEPTA?	
617650	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	SIN PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMÁGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO
617651	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	SIN PUNTO, ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ UN MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
617652	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	SIN PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617653	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	PUNTO 1.21.2.- QUE PERMITA OCULTAR O VISUALIZAR LA GUIA DE VISUALIZACIÓN DE LA AGUJA. PREGUNTA: DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, CONTROL QUE PERMITE MOSTRAR U OCULTAR LA LÍNEA DE GUÍA DE VISUALIZACIÓN DE LA AGUJA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617654	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21 ELASTÓGRAFO ULTRASONICO.	PUNTO 2.1.3.- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE. CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SOLICITA UN TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN DE 4 A 9MHZ CON ADITAMENTO DE GUÍA DE BIOPSIA, ASÍ MISMO SE TENDRÁ QUE OFERTAR EN EL TRANSDUCTOR CONVEXO LA ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL NUMERAL CITADO UNICAMENTE SOLICITA "Transductor endocavitario de banda ancha, rango de frecuencias de 4 Mhz o menor a 9 Mhz o mayor"
617655	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO.	SIN PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMÁGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO
617656	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO.	SIN PUNTO, ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ UN MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
617657	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO.	SIN PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617658	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO 1.21.2.- QUE PERMITA OCULTAR O VISUALIZAR LA GUIA DE VISUALIZACIÓN DE LA AGUJA. PREGUNTA: DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, CONTROL QUE PERMITE MOSTRAR U OCULTAR LA LÍNEA DE GUÍA DE VISUALIZACIÓN DE LA AGUJA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617659	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO.	PUNTO: 2.1.3.- TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE. CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SOLICITA UN TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN DE 4 A 9MHZ CON ADITAMENTO DE GUÍA DE BIOPSIA, ASÍ MISMO SE TENDRÁ QUE OFERTAR EN EL TRANSDUCTOR CONVEXO LA ELASTOGRAFÍA DE HÍGADO CUANTIFICABLE EN KPA O M/S. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL NUMERAL CITADO UNICAMENTE SOLICITA "TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR. CON ADITAMENTO PARA BIOPSIA REUTILIZABLE"
617660	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO.	SIN PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMÁGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO
617661	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO.	SIN PUNTO, ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ UN MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
617662	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO.	SIN PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000231



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	CORRECTIVO SA DE CV				
617663	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 1.1.- EQUIPO DE ULTRASONIDO DOPPLER COLOR PARA SERVICIOS COMPARTIDOS, CON CAPACIDAD DE APLICACIONES OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS O PÉLVICAS, VASCULARES, ABDOMINALES, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELETO, PEDIATRÍA Y CARDIOLOGÍA EN ADULTOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR LAS APLICACIONES OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS, VASCULARES, ABDOMINALES, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELÉTICO, PEDIATRÍA Y CARDIOLOGÍA EN ADULTOS EN EL EQUIPO DE ULTRASONIDO DOPPLER COLOR, SE CUMPLE CON EL TÉRMINO "SERVICIOS COMPARTIDOS" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
617664	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO.	PUNTO 1.2.- CON MONITOR PLANO LCD O LED A COLOR DE 21" O MAYOR DE ALTA RESOLUCIÓN, QUE SE PUEDA ABATIR DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE DESEA ADQUIRIR UN EQUIPO QUE PUEDA INCLINAR LA PANTALLA GRACIAS AL BRAZO DE EXTENSIÓN COMPLETAMENTE ARTICULADO SOBRE EL CUAL ESTÁ MONTADO EL MONITOR, ESTO SIN IMPORTAR SI SEA DURANTE EL DESPLAZAMIENTO O POSICIÓN FIJA DEL MISMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
617665	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO.	2.4.- TRANSDUCTOR MICRO CONVEXO DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 5.0 MHZ O MENOR A 8.0 MHZ O MAYOR, PARA APLICACIONES DE ABDOMEN EN PEDIATRÍA, FONTANELA Y VASCULAR. PREGUNTA: DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR MICROCURVO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 5 A 8 MHZ PARA APLICACIONES DE IMAGENOLÓGIA VASCULAR, ABDOMINAL PEDIÁTRICA Y CEFÁLICA NEONATAL. LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617666	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	PUNTO: 1.2.4.- ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180 Y -180° O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAS ESTE PUNTO DE MANERA GRÁFICA EN UNA IMAGEN DEL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES, EN LA IMAGEN SE DEMUESTRA PERFECTAMENTE EL PUNTO REQUISITADO ¿SÉ ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO
617667	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	PUNTO 1.2.5.- ÁNODO ROTATORIO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VELOCIDAD DE ROTACIÓN", YA QUE QUEDA POR EXPLICITO QUE EL ÁNODO ES ROTATORIO CON ESTE CONCEPTO Y ADEMÁS DICHA REFERENCIA CONTINUA CON LA CANTIDAD DE RPM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617668	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	PUNTO 1.7.- PESO DE 440 KG. O MENOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN PESO TOTAL DE 580 KG, EL EQUIPO INCLUYE CON UN SISTEMA DE BATERÍAS INDEPENDIENTES, UNA DE ELLAS ES PARA EL SISTEMA DE MOTORIZACIÓN QUE DA UNA VELOCIDAD DE 5 KM/H Y 2.5 KM/K EN RAMPA, ESTO FACILITA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y ASEGURA EL MENOR ESFUERZO PARA EL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
617669	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.	1.17.- PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA LCD O TFT DE 19" O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA PANTALLA DE 17" LCD A COLOR CON FUNCIONAMIENTO TÁCTIL, ESTO NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO NI LA CALIDAD DIAGNOSTICA DE LAS IMÁGENES, DE IGUAL MANERA LA PANTALLA ES DE ALTA RESOLUCIÓN LO QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617670	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.1.4.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 0.001 SEGUNDOS O MENOR A 5 SEGUNDOS O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS A 4 SEGUNDOS, CONSIDERAMOS QUE ESTE TIEMPO ESTA DENTRO DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS PARA OBTENER IMÁGENES DE CALIDAD DIAGNOSTICA, ADEMÁS DE ESO QUE EL EQUIPO EXCEDE OTROS PARÁMETROS SOLICITADOS COMO LA CORRIENTE, INCLUSIVE CUENTA CON 4 MODOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO QUE ARMONIZAN LA TÉCNICA PARA OTORGAR UN ESTUDIO DE CALIDAD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617671	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.2.-SELECCIÓN DE RADIOGRAFÍA PROGRAMADA ANATÓMICAMENTE, 200 PROGRAMAS O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "EXÁMENES AUTOMÁTICOS PREDEFINIDOS CON PARÁMETROS PREDEFINIDOS" Y ADJUNTANDO UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDICA QUE EL NUMERO DE APR CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SOLO SE ACEPTARÁ UNA CARTA DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PARA REFERENCIAR UN SOLO PUNTO DE LA FICHA TÉCNICA.
617672	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.7.1.3.- 14 BITS O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UN ESTUDIO O WHITE PAPER, DONDE SE EXPLICA QUE LOS MONITORES CON UNA MATRIZ DE IMAGEN DE 1600 X 1200 (2 MEGAPIXELES) CUMPLEN TÉCNICAMENTE CON UNA PROFUNDIDAD DE COLOR DE 16 BITS LO QUE EQUIVALE A 65,536 COLORES, YA QUE LOS MONITORES QUE CUMPLAN CON ESTE CRITERIO SON DE ALTA RESOLUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617673	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.8.3.- MATRIZ DE 3072 X 3072 PÍXELES O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN DE 2,840 X 2,874 PIXELS, CONSIDERAMOS QUE ESTA RESOLUCIÓN CUMPLE LOS PARÁMETROS PARA ENTREGAR UNA IMAGEN FIEL Y CON ALTO VALOR DIAGNÓSTICOS, ADEMÁS DE ESTO, ADEMÁS DE CUMPLIR LOS VALORES DE TAMAÑO DE PIXEL Y DQE LOS CUALES FAVORECEN A LA CALIDAD DIAGNOSTICA. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000232



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617674	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 1.8.5.- QUE SEA RESISTENTE AL AGUA IPX6. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA CARTA DE FABRICA DONDE ESPECIFICA ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617675	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	4. - PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. PUNTO 2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER PRESENTACIÓN DE LA MARCA Y MODELO EN LOS ATRIBUTOS DICOM LOCALIZADOS EN LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN DE IMAGEN; A SU VEZ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DEL CUMPLIMIENTO DE DICHS ATRIBUTOS. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ APEGRASE A LO SOLICITADO EN BASES 1. TODAS LAS IMÁGENES DEBEN VISUALIZAR LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, EN CASO DE QUE NO APAREZCA LA MARCA Y MODELO, PODRÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, POR CADA IMAGEN PRESENTADA, COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (NOMBRE DEL LA EMPRESA PARTICIPANTE) MANIFIESTO QUE LA IMAGEN (DESCRIBIR EL NOMBRE DE LA IMAGEN PRESENTADA) SE REALIZÓ CON EL EQUIPO (CITAR LA DESCRIPCIÓN COMPENDIO DEL EQUIPO) , MARCA: (CITAR MARCA DEL BIEN OFERTADO), MODELO: (CITAR MODELO DEL BIEN OFERTADO), INSTALADO EN (CITAR DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL BIEN CON EL QUE SE REALIZARON LAS IMÁGENES PRESENTADAS EN LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN).  NOTA: DEBERÁN PRESENTAR UNA CARTA POR IMAGEN SOLICITADA.
617676	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PUNTO 5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER PRESENTACIÓN DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS EN LOS ATRIBUTOS DICOM LOCALIZADOS EN LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ APEGRASE A LO SOLICITADO EN BASES 1. TODAS LAS IMÁGENES DEBEN VISUALIZAR LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, EN CASO DE QUE NO APAREZCA LA MARCA Y MODELO, PODRÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, POR CADA IMAGEN PRESENTADA, COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (NOMBRE DEL LA EMPRESA PARTICIPANTE) MANIFIESTO QUE LA IMAGEN (DESCRIBIR EL NOMBRE DE LA IMAGEN PRESENTADA) SE REALIZÓ CON EL EQUIPO (CITAR LA DESCRIPCIÓN COMPENDIO DEL EQUIPO) , MARCA: (CITAR MARCA DEL BIEN OFERTADO), MODELO: (CITAR MODELO DEL BIEN OFERTADO), INSTALADO EN (CITAR DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL BIEN CON EL QUE SE REALIZARON LAS IMÁGENES PRESENTADAS EN LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN).  NOTA: DEBERÁN PRESENTAR UNA CARTA POR IMAGEN SOLICITADA.

00000000

00000233



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RENECAMENTO DEL PROLESTARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAJAN

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617677	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.4, ANEXO TÉCNICO Y FICHA TÉCNICA. NORMAS OFICIALES VIGENTES	ENTENDEMOS QUE EN ESTE NUMERAL SE DEBERÁN CONSIDERAR ÚNICAMENTE LAS NORMAS Y/O CERTIFICADOS QUE APLIQUEN A LA PARTIDA OFERTADA. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
617678	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.4 CARTA DE APOYO	DEBIDO A LO OCURRIDO EN AÑOS ANTERIORES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, ACTUALMENTE LOS FABRICANTES O FILIALES EN MÉXICO, EMITEN CARTAS DE APOYO O LAS CARTAS NECESARIAS PARA LOS EVENTOS LICITATORIOS DE MANERA ELECTRÓNICA O DIGITAL, ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO Y/O CARTAS NECESARIAS DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO CON FIRMAS Y SELLOS DIGITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA
617679	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.4 CARTA DE APOYO	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AAFIRMATIVA Y DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE UTILIZAN LA FIRMA DIGITAL PARA LA FIRMA DE CUALQUIER CARTA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CERTIFICADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2016 PARA LOS DOCUMENTOS DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO QUE DEBAMOS PRESENTAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA
617680	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SOLICITAN... ASÍ COMO UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA, SOLICIMOS SE PERMITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, ENTREGAR CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA O ACTA DE ENTREGA INSTALACIÓN CAPACITACIÓN FIRMADA POR EL CLIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
617681	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.14	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.14 SUBNUMERAL 3...CERTIFICADOS O DIPLOMAS...EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. PREGUNTA: DEBIDO A LA SITUACIÓN MUNDIAL LOS FABRICANTES OPTARON POR EL ENVÍO DE CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE MANERA DIGITAL O ELECTRÓNICA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ENTREGANDO LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS EMITIDOS POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE MANERA DIGITAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE ANEXE CORREO ELECTRONICO EMITIDO POR EL FABRICANTE A TRAVES DEL CUAL SE ENVIARON DICHSOS CERTIFICADOS. EN LA CONVOCATORIA NO SE SOLICITA LOS CERTIFICADOS EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE
617682	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FIRMADO AUTÓGRAFAENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL	DEBIDO A QUE LA LICITACIÓN ES ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA INTEGRAR LA FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA ESCRITO, ANEXO O CARTA DONDE SE SOLICITE SU FIRMA SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO, REFORZANDO QUE LA PROPUESTA SERÁ FIRMADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA POR MEDIO LA PLATAFORMA COMPRANET. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617683	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 19	ENTENDEMOS QUE EL ANEXO 19 SERÁ PRESENTADO ÚNICAMENTE CON LAS PARTIDAS OFERTADAS POR MI REPRESENTADA. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
617684	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 19	ENTENDEMOS QUE EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN DEL COMPENDIO" DEL ANEXO 19 SE DESCRIBIRÁ EL NOMBRE CORTO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS. ¿ES ESTO CORRECTO?	DEBERAN DE COLOCAR EL NOMBRE DESCRITO EN EL ANEXO 1.1
617685	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA TECNICA PARTIDA: 32	PARTIDA: 32 CENTRIFUGA PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS, DICE 1.2. CONTROLADA POR MICROPROCESADOR PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN PANEL DE CONTROL CON UNA INTERFAZ DE USUARIO SENCILLA. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617686	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA TECNICA PARTIDA: 32	PARTIDA: 32 CENTRIFUGA PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS. DICE 1.4.1.1. VELOCIDAD PROGRAMABLE MÁXIMA DE 2,500 RPM PREGUNTA: A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2,000 RPM, EN EL ENTENDIDO QUE LAS CÉLULAS PUEDEN SER OBTENIDAS DENTRO DE ESE RANGO DE VELOCIDAD. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
617687	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA TECNICA PARTIDA: 32	PARTIDA: 32 CENTRIFUGA PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS. DICE 3.1. CINCUENTA KIT DE CÁMARA DE MUESTRAS DE 1 ML CON CÁMARA, SOPORTE DE LA CÁMARA, TAPA DE CÁMARA Y FILTRO DE PAPEL. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI SE REFIERE A 50 KITS DE CONSUMIBLES O A KITS CON 50 PIEZAS DE CÁMARA DE MUESTRA. A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CÁMARA DE MUESTRA CON TAPA, SIN FILTRO DE PAPEL, YA QUE NO SE REQUIERE PARA ESTE TIPO DE CONTENEDOR, CON CAPACIDAD DE 0.5 ML A 6 ML. EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUBRE LA NECESIDAD REQUERIDA. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LO DEMAS PARTICIPANTES
617688	B.C. APLICACIONES	TÉCNICO	CEDULA TECNICA PARTIDA: 32	PARTIDA: 32 CENTRIFUGA PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS. DICE 3.2. CINCUENTA KIT DE CÁMARA DE	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LO DEMAS PARTICIPANTES

00000000

00000234



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024

Felipe Carrillo PUERTO

HEREDERO DEL PRELATORADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEDICAS INTEGRALES SA DE CV			MUESTRAS DE 6 ML CON CÁMARA, SOPORTE DE LA CÁMARA, TAPA DE CÁMARA Y FILTRO DE PAPEL PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI SE REFIERE A 50 KITS DE CONSUMIBLES O A KITS CON 50 PIEZAS DE CÁMARA DE MUESTRA. A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CÁMARA DE MUESTRA CON TAPA, SIN FILTRO DE PAPEL, YA QUE NO SE REQUIERE PARA ESTE TIPO DE CONTENEDOR, CON CAPACIDAD DE 0.5 ML A 6 ML. EN EL ENTENDIDO DE QUE CUBRE LA NECESIDAD REQUERIDA. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
617689	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA TECNICA PARTIDA: 32	PARTIDA: 32 CENTRIFUGA PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS. DICE 3.3. CINCUENTA KIT DE CÁMARA DE MUESTRAS DE 12 ML CON CÁMARA, SOPORTE DE LA CÁMARA, TAPA DE CÁMARA Y FILTRO DE PAPEL PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI SE REFIERE A 50 KITS DE CONSUMIBLES O A KITS CON 50 PIEZAS DE CÁMARA DE MUESTRA. A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CÁMARA DE MUESTRA CON TAPA, SIN FILTRO DE PAPEL, YA QUE NO SE REQUIERE PARA ESTE TIPO DE CONTENEDOR, CON CAPACIDAD DE 0.5 ML A 6 ML. EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PODRÍA DUPLICAR LA CANTIDAD DE CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA CUBRIR LA NECESIDAD SOLICITADA. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LO DEMAS PARTICIPANTES
617690	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 31. BAÑO DE FLOTACIÓN. MOVIMIENTO CIRCULAR	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO SIN MOVIMIENTO CIRCULAR EN EL ENTENDIDO QUE NO AFECTA SU FUNCIONALIDAD ¿ACEPTA?	NO SE ACEPTA
617691	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 31. BAÑO DE FLOTACIÓN. MOVIMIENTO CIRCULAR	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE QUE CUMPLE CON LA CARACTERISTICA REFERENTE A RECIPIENTE FABRICADO EN MATERIAL QUE EVITE QUE LOS CORTES SE ADHIERAN A LAS PAREDES. ¿ACEPTA?	PODRA REFERENCIAR UN NUMERAL DE LA FICHA TECNICA CON UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE
617692	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33. CRIOSTATO. ORIENTACIÓN DE LA MUESTRA CON MOVIMIENTOS 8° EJES X-Y	CON LA FINALIDAD DE NO RESTRINGIR LAS OFERTAS LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ORIENTACIÓN DE LA MUESTRA EJES X-Y A 7° EN EL ENTENDIDO QUE LA DIFERENCIA CON LO SOLICITADO ES ÚNICAMENTE DE UN GRADO. ¿ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617693	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33. CRIOSTATO. PORTA ESPECÍMENES	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CON FRASES DE NUESTRA CASA COMERCIAL. "PORTA ESPECÍMENES POR CABEZAL DE MUESTRAS"	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617714	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33. CRIOSTATO. DISCOS PORTABLOQUES	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CON FRASES DE NUESTRA CASA COMERCIAL. "DISCOS PORTABLOQUES" POR PLACAS DE MUESTRA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617715	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 33. CRIOSTATO. MANGOS	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON MANGOS	SE REFIERE A LAS ASAS O PARTE DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA MANIPULAR Y OPERAR EL DISPOSITIVO.
617716	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36. UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. HUMEDAD 20-85%	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO CON UNA HUMEDAD DE TRABAJO DE 80% EN EL ENTENDIDO QUE LA DIFERENCIA CON LA MAXIMA SOLICITADA NO ES SIGNIFICATIVA YA QUE SOLO ES UN 5% ARRIBA DE LO OFERTADO	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617717	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36. UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. MOLDES DESCARTABLES DE PVC	ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR MOLDES DESCARTABLES QUE SOPORTEN EL INTERCAMBIO TÉRMICO INDEPENDIENTES DEL MATERIAL DE PVC. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
617718	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36. UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA.	MOLDES DESCARTABLES DE 32X25X6 MM CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA OFERTA LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOLDES DE 30X24X5MM SIEMPRE QUE ESTO NO AFECTE EL PROCESO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
617719	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37. MICRO TOMO. LUZ PARA TRANSLUMINACIÓN DE MUESTRAS	LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI SE HACE REFERENCIA A UN ACCESORIO QUE PROPORCIONE MEJOR VISUALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

00000235



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
AÑO DE  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMATIZADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAÍZ

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617720	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37. MICROTOMO. TAMAÑO DE LA MUESTRA	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LAS OFERTAS LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO QUE MANEJE MUESTRAS DE 55X50 EN EL ENTENDIDO QUE ES EL TAMAÑO ESTANDAR DE LAS MUESTRAS	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617721	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 6.2	DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. NUMERAL 16 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR LA CARTA CON NUESTRO DOMICILIO FISCAL, UBICADO EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EL COMPROBANTE DE DOMICILIO DEBERÁ COINCIDIR CON EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, CUYA VIGENCIA DE 60 DIAS NATURALES DEBERÁ ESTAR DENTRO DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
617722	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.	ANEXO TECNICO. DOCUMENTACIÓN TECNICA, NUMERAL 6.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA AGREGAR CONTRATOS DE VENTA DE BIENES SIMILARES O SERVICIOS EN LOS QUE SE HAYA UTILIZADO UN BIEN IGUAL AL OFERTADO. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	NO SE ACEPTA
617723	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1.	ANEXO TECNICO. DOCUMENTACIÓN TECNICA. NUMERAL 6.22 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	NO SE ACEPTA
617724	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO 14	ENTENDEMOS QUE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE PODRÁN PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS EN LAS CUALES PARTICIPA MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
617725	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 25	ENTENDEMOS QUE PARA LAS PARTIDAS QUE NO SE SOLICITA NI ENTREGA DE MUESTRA Y/O VISITA A LAS INSTALACIONES, SE DEBERÁ PRESENTAR EL ARCHIVO ENUMERADO 6.7. Y 6.8. CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
617726	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 25	DICE: 1) PARTIDAS QUE NO OFERTARÁ. ANEXAR UNA CARTA CON LA LEYENDA "ESTA PARTIDA NO SE COTIZA". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA, ÚNICAMENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE COMPRA NET QUE CORRESPONDA A LOS PARTIDAS OFERTADAS. ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA GUÍA DE CARGA DE PROPUUESTA TÉCNICAS.
617810	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO	3.11 FORMA DE PRESENTAR LA PROPOSICIÓN ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FALTA ABSOLUTA DE FOLIO EN LA PROPUESTA NO AFECTARA LA SOLVENCIA NI MOTIVARA EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR MI REPRESENTADA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
617811	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1 ELABORACION DE LAS PROPOSICIONES	INCISO B. ES CORRECTO ENTENDER QUE LO SOLICITADO EN EL INCISO DE REFERENCIA ÚNICAMENTE DEBE SER INDICADO EN LOS ESCRITOS QUE ELABORADOS POR EL LICITANTE Y NO ASI LOS EXPEDIDOS POR TERCEROS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
617812	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.	NUMERAL 9. ANEXO 6 MIPYME ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO QUE EL PUNTO DE REFERENCIA NO NOS APLIQUE, SE PRESENTARA EL ANEXO 6 CON LEYENDA NO APLICA EN MARCA DE AGUA, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
617813	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.	NUMERAL 19. MODELO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, SE PRESENTARA EL ANEXO 15 CON LEYENDA NO APLICA EN MARCA DE AGUA, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
617974	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	SE DEBERA INCLUIR AL MENOS UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA EN FORMATO PDF DE LOS BIENES DE LAS PARTIDAS QUE ESTA OFERTANDO QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO Y/O PROVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERIODO NO MAYOR A 3 AÑOS, ASI COMO UNA CARTA DE LIBERACION DE FIANZA POR CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA PRESENTADO O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA  DERIVADO DE QUE NO TODAS LAS FACTURAS CONTRATOS O PEDIDOS CONTIENEN TODOS LOS EQUIPOS QUE EN ESTE PROCEDIMIENTO SOLICITAN Y/O QUE SE ESTAN OFERTANDO ASI COMO QUE EL OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO ES LA "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" Y PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACION SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS QUE SE PRESENTEN CONTENGAN AL MENOS UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE ESTAN OFERTANDO (EQUIPOS DE MEDICION, LABORATORIO, IMAGENOLOGIA, ETC). FAVOR DE PRONUNCIARSE.	PODRÁN PRESENTAR LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL PARA EQUIPO MÉDICO SIMILAR O IGUAL AL OFERTADO

70800000

00000236



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617975	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.20 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	SOLICITAN ENTREGAR EN CASO DE SER ADJUDICADO, LA CANTIDAD DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DESCRITOS EN EL ANEXO 1.2 "FICHA TÉCNICA", LOS CUALES DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO ASI COMO DE LA MISMA MARCA. MUCHAS DE LAS VECES LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SUELEN NO SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, POR LO QUE SOLICITO SE PERMITA ENTREGAR LOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE LA MARCA OFERTADA PARA ELLOS MISMOS EN CADA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	ESO NO CITA EL NUMERAL
617976	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	GUIA DE CARGA DE PROPUESTA TECNICA A COMPRANET	EL SISTEMA COMPRANET, AL MOMENTO DE CARGAR Y DESCARGAR LOS ARCHIVOS LO REALIZA CON UNA NUMERACION DIFERENTE O CON NOMBRE RECORDADO, SIN QUE EL LICITANTE TENGA EL CONTROL SOBRE ELLO, ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTO NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO LOS LICITANTES DEBERÁN ATENDER Y APEGARSE AL ANEXO 25 "GUIA DE CARGA DE PROPUESTA TÉCNICA A COMPRANET"
617977	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 14	1.5.1.- ÁNODO ROTATORIO BIFOCAL DE MO, RH O W (MOLIBDENO, RODIO O TUNGSTENO). ENTENDEMOS QUE EL TERMINO BIFOCAL, SE REFIERE A QUE EL ANODO ESTE COMPUESTO POR DOS ELEMENTOS INCLUYENDO ALGUN ELEMENTO DE LOS MENCIONADOS, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A QUE DEBE TENER DOS FOCOS DE DIFERENTE DIAMETRO, QUE PUEDE SER DE CUALQUIERA DE LOS MATERIALES MENCIONADOS O UNA COMBINACIÓN DE ELLOS.
617978	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 14	1.5.7.- RANGO DE VELOCIDAD DEL ÁNODO DE 8,520 RPM O MAYOR A 9,500 RPM O MAYOR. ENTENDEMOS QUE ES VALIDO REFERENCIAR LA EQUIVALENCIA DE ROTACIÓN EN HZ, ES DECIR 180HZ = 10,800 RPM EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
617979	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 53. MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS.	1.7.1.- ÁNODO ROTATORIO BIFOCAL DE MO, RH O W (MOLIBDENO, RODIO O TUNGSTENO). ENTENDEMOS QUE EL TERMINO BIFOCAL, SE REFIERE A QUE EL ANODO ESTE COMPUESTO POR DOS ELEMENTOS INCLUYENDO ALGUN ELEMENTO DE LOS MENCIONADOS, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A QUE DEBE TENER DOS FOCOS DE DIFERENTE DIAMETRO, QUE PUEDE SER DE CUALQUIERA DE LOS MATERIALES MENCIONADOS O UNA COMBINACIÓN DE ELLOS.
617980	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 64 CORTES.	1.7.7.- RANGO DE VELOCIDAD DEL ÁNODO DE 8,520 RPM A 9,500 RPM O MAYOR. ENTENDEMOS QUE ES VALIDO REFERENCIAR LA EQUIVALENCIA DE ROTACIÓN EN HZ, ES DECIR 180HZ = 10,800 RPM EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	EL PUNTO NO EXISTE
617981	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 64 CORTES.	1.12.2.- DOS MONITORES CON PANTALLA PLANA O LCD A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 21" O MAYOR (INDICAR MARCA Y MODELO) COMO MEJORA TECNOLÓGICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 24" CON MATRIZ DE 1920 X 1200 PÍXELES GRADO MÉDICO PARA RADIOLOGÍA EN LA CONSOLA DEL OPERADOR, YA QUE EN EL MISMO MONITOR SE PUEDEN MOSTRAR HASTA 3 VISUALIZADORES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
617982	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 54. TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 64 CORTES.	1.13.1.- DOS PANTALLAS PLANAS TFT O LCD A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 21" O MAYOR (INDICAR MARCA Y MODELO) COMO MEJORA TECNOLÓGICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 24" CON MATRIZ DE 1920 X 1200 PÍXELES EN LA CONSOLA DE POSTPROCESO CON OPCIÓN A INTEGRAR UN SEGUNDO MONITOR A FUTURO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
617983	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55	1.3.2.- CAPACIDAD CALORÍFICA 400,000 HU O MAYOR. EN BÚSQUEDA DE UNA MEJORA CONSTRUCTIVA EN LOS FLUJOS DE TRABAJO PARA ESTUDIOS DE DSA Y FLUOROSCOPIA PULSADA SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLO ACEPTEN EQUIPOS CON CAPACIDAD CALORÍFICA DE 1000 KHU O MAYOR, ESTA CAPACIDAD SUGERIDA AGILIZARA EL ENFRIAMIENTO DEL TUBO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617984	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55	1.4.1.- CON ALTURA AJUSTABLE VARIABLE DE 80 CM. O MENOR A 95 CM. O MAYOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ÚNICAMENTE ACEPTE EQUIPOS CON ALTURA AJUSTABLE VARIABLE DE 50CM O MENOR A 100CM. O MAYOR, ESTA CARACTERÍSTICA SUPERIOR PERMITIRÁ UNA MAYOR MANIOBRABILIDAD DEL EQUIPO LO QUE A SU VEZ AGILIZARÁ LOS FLUJOS DE TRABAJO PERMITIENDO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS DE UNA MANERA MÁS EFICAZ. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617985	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55	1.4.3.- CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 180 KG. O MAYOR EN BÚSQUEDA DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO A PACIENTES BARIÁTRICOS O DE OBESIDAD MÓRBIDA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLO ACEPTEN MESAS CON SOPORTE DE PESO DE 320 KG O MAYOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617986	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55	1.10.-DISTANCIA FOCO-PELÍCULA VARIABLE DE 150 CM. O MAYOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ÚNICAMENTE ACEPTE EQUIPOS CON UNA DISTANCIA FOCO-PELÍCULA VARIABLE DE 180 CM. O MAYOR, ESTA DISTANCIA PERMITIRÁ REALIZAR ESTUDIOS EN LA MESA SIN LA NECESIDAD DE UN BUCK DE PARED, COMO POR EJEMPLO LOS ESTUDIOS: TELE RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y LATERAL DE SILLA TURCA. LA DISTANCIA DE 150CM REQUERIDA POR LA CONVOCANTE RESTRINGE LA REALIZACIÓN DE ESTOS MISMOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

00000237



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617987	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55	1.8.3.- MATRIZ DE 3072 X 3072 PÍXELES O MAYOR  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR DETECTORES CON MATRIZ DE 2874 X 2840 PÍXELES O MAYOR, ESTA LIGERA DIFERENCIA NO REPRESENTA UN IMPACTO NEGATIVO PARA LA CALIDAD DE LA IMAGEN, DADO QUE PASA POR UN PROCESAMIENTO FRACCIONAL MULTIESCALA, LO QUE DISMINUYE LOS RUIDOS Y ARTEFACTOS EN LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617988	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 55 CONDICIONES DE ENTREGA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AL IGUAL QUE PARA LAS PARTIDAS 14, 53 Y 54 EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LA PARTIDA 55 SEA UN PLAZO MÁXIMO DE 120 DÍAS POR TRATARSE DE UN EQUIPO EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE ALTA GAMA TECNOLÓGICAMENTE HABLANDO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
617989	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 31 - BAÑO PARA FLOTACIÓN	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA UN EQUIPO CUYAS MEDIDAS SEAN DE 280X280X105 MM, CON CAPACIDAD DE 2 L DE AGUA, IDEAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EN EL ÁREA DE MICROTOMÍA, LO QUE REPRESENTA UNA MEJORA COMODA EN EL MANEJO DE LOS ESPACIOS PARA LOS USUARIOS. FAVOR DE MANIFESTARSE.	NO SE ACEPTA
617990	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 33 - MICROSCOPIO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO., DEL APARTADO DE ACCESORIOS PUNTO 2.1 PORTA ESPECÍMENES Y 2.2. DISCOS PORTABLOQUES. ¿PUDIERAN ESPECIFICAR CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE CADA UNO DE ESTOS ACCESORIOS?	EL USO DEPENDE DEL TEJIDO (TAMAÑO) PORTA ESPECÍMENES SE UTILIZA PARA SOSTENER Y ALMACENAR MUESTRAS BIOLÓGICAS EN CONGELACION, PORTABLOQUES SE UTILIZA PARA OBSERVAR OBJETOS OPACOS O DEMASIADO GRANDES
617991	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 33 - MICROSCOPIO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 33 MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO., DEL APARTADO DE CONSUMIBLES PUNTOS 3.5 SOPORTE DE MUESTRAS ESTÁNDAR Y 3.6 SOPORTE DE MUESTRAS PARA BIOPSIAS ¿PUDIERAN ESPECIFICAR CUAL ES LA MEDIDA QUE DEBE DE TENER CADA UNO DE ESTOS?	LOS CRIOSTATOS MANEJAN PLATINAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE MUESTRAS. ALGUNOS DE ELLOS SON SOPORTES DE MUESTRAS ESTANDAR (55*45 MM) SOPORTE DE MUESTRAS PARA BIOPSIA (PLATINA EN CRIOSTATO) ES DE 1.5 A 1.2 CM DE DIAMETRO EN GENERAL
617992	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.6 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA A "VOLUMEN DE RECIPIENTES DE REACTIVOS DE 450 ML COMO MÍNIMO" SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR UN VOLUMEN POR RECIPIENTE DE REACTIVOS DE 380 ML, YA QUE ES UN VOLUMEN MAS QUE SUFICIENTE PARA PERMITIR EL CUBRIR EN SU TOTALIDAD EL TAMAÑO DE LA LAMINILLA PERMITIENDO ASÍ UNA TINCIÓN UNIFORMA A LA VEZ QUE PERMITE DISMINUIR EL CONSUMO DE REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
617993	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.13 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA A "DIMENSIONES NO MAYORES A 130 X 80 X 80 CM" SE SOLICITA PUEDA ACEPTARSE UN EQUIPO CON MEDIDAS 135.4 X 78.5 X 61.5 CM CON TAPA CERRADA Y 135.4 X 78.5 X 106 CM CON LA TAPA ABIERTA, TODA VEZ QUE ES UN INSTRUMENTO DE MAYORES DIMENSIONES PORQUE PROPORCIONA UN MAYOR NUMERO DE RECIPIENTES DE REACTIVO Y ESTACIONES DE SECADO QUE LAS SOLICITADAS ASI COMO DOS BRAZOS ROBÓTICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL LABORATORIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617994	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.14 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA A "PESO MÁXIMO DE 160 KG" SE SOLICITA PUEDA ACEPTARSE UN EQUIPO CON UN PESO DE 165 KG, TODA VEZ QUE ES UN INSTRUMENTO DE MAYORES DIMENSIONES PORQUE PROPORCIONA UN MAYOR NÚMERO DE RECIPIENTES DE REACTIVO Y ESTACIONES DE SECADO QUE LAS SOLICITADAS ASI COMO DOS BRAZOS ROBÓTICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL LABORATORIO Y ESTAS VENTAJAS HACEN QUE SU PESO SEA UN POCO MAYOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
617995	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.15.5 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA AL EQUIPO MONTADOR DE CUBREOBJETOS, SOLICITANDO ESTE PUEDA "TRABAJAR CON CUBREOBJETOS HÚMEDOS O SECOS" ¿PUEDA ACLARAR A QUE SE REFIERE CON CUBREOBJETOS HÚMEDOS Y EN SU CASO QUE SUSTANCIA O REACTIVO ES USADO PARA HÚMEDECERLOS?	EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE USAR CUBRE OBJETOS DE VIDRIO, APARTE DE LA SUSTANCIA QUE UTILICE PARA CUBRIR LA LAMINILLA, LA CUAL EN LA MAYOR PARTE ES EL XILOL
617996	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.15.7 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA AL EQUIPO MONTADOR DE CUBREOBJETOS, SOLICITANDO ESTE CUENTE CON LA "POSIBILIDAD DE TRABAJAR CON CUBREOBJETOS DE DISTINTAS MEDIDAS CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 24 X 40". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TRABAJE CON CUBREOBJETOS DE 24X50MM TODA VEZ QUE ES LA MEDIDA ESTÁNDAR RECOMENDADA POR EL FABRICANTE PARA GARANTIZAR LA HOMOGENIDAD EN LOS PROCESOS DE MONTAJE PERMANENTE, PERMITIENDO A LOS INSTRUMENTOS TRABAJAR DE MANERA EFICAZ Y EVITANDO ASÍ ENTORPECER EL RESULTADO OPTIMO EN SU MONTAJE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000238



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
MEMBRO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PUEBLO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
617997	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, PUNTO 1.15.8 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA AL EQUIPO MONTADOR DE CUBREOBJETOS, SOLICITANDO ESTE CUENTE CON "RECIPiente DEL MEDIO DE MONTAJE CON VOLUMEN MÍNIMO DE 250 ML" SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE UTILICE BOTELLAS DE MEDIO DE MONTAJE QUE RINDAN HASTA 2100 LAMINILLAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%
617998	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 34 - EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, DEL APARTADO DE CONSUMIBLES PUNTO 3.2.2 DE LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA A ENTREGAR "CUATRO PAQUETES DE CUBREOBJETOS DE TRES DIFERENTES TAMAÑOS" SE SOLICITA QUE EN DADO CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PERMITA ENTREGAR LOS PAQUETES DE CUBREOBJETOS SOLICITADOS DE LA MEDIDA 24X50 TODA VEZ QUE EL INSTRUMENTO OFERTADO SON LOS CUBREOBJETOS QUE UTILIZA PARA GARANTIZAR EL RESULTADO OPTIMO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
617999	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REFERENTE A LA PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA, RESPECTO AL PUNTO 1.3 PLACA FRIA CON TEMPERTURA DE -10°C O MENOR, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA TEMPERATURA DE -6°C, PUES 4°C DE DIFERENCIA NO REPRESENTA UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL BLOQUE COMO RESULTADO FINAL. FAVOR DE MANIFESTARSE.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
618000	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2 PARTIDA 37 MICROTOMO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REFERENTE A LA PARTIDA 37 MICROTOMO PARA CORTES EN PARAFINA, RESPECTO AL PUNTO 1.3 MOVIMIENTO VERTICAL DE LA MUESTRA DE 60 MM COMO MINIMO, ¿SE PERMITE OFERTAR EQUIPO CON UNA CARRERA VERTICAL DE 59 MM?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
618001	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 41 - SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN, DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES, REFERENTE AL PUNTO 1.1.1 "LOS RESULTADOS SON PROCESADOS Y ALMACENADOS EN EL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES" ACLARAR ¿DE QUÉ CAPACIDAD DEBE SER EL SERVIDOR REQUERIDO?	LA CAPACIDAD MÍNIMA DE CADA SERVIDOR DEBERÁ SER DE 9TB DE 36 GB DE MEMORIA RAM CON OPCIÓN DE CRECIMIENTO EN ALMACENAMIENTO Y MEMORIA RAM
618002	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1.2	PARTIDA 41 - SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN, DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES, REFERENTE AL PUNTO 1.1.4 "RESOLUCIÓN DE 0.25 MICRAS POR PIXEL" ¿SE PERMITE OFERTAR EQUIPO QUE TENGA UNA RESOLUCIÓN DE 0.26 MICRAS POR PIXEL?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618003	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, ESTO SIN AFECTAR LOS RESULTADOS CLÍNICOS:  32 SEGUNDOS A 40X (ÁREA DE 15MM * 15MM) 450 LAMINILLAS CON AUTOENFOQUE 0.26 μM/PIXEL A 40X PARA LA IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN; 13 μM/PIXEL PARA LA IMAGEN DE PREVISUALIZACIÓN DATA MATRIX, CÓDIGO 39, CÓDIGO 128, NWT, QR CODE, INTERLEAVED 2 OF 5, PDF417, MICROPDF417 CONECTIVIDAD RJ45 CON CABLE ETHERNET PARA 1GBPS. LA INTERFAZ USB ESTÁ EN EL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES SE DESPLIEGA EN LA PANTALLA DE LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES SE PERMITE EN LA PANTALLA DE LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES SI SE REFIERE A LA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA Y ALINEADA DE DOS LAMINILLAS QUE PERMITA LA EXPLORACIÓN A DETALLE DE AMBAS DE MANERA SINCRONIZADA, SÍ ES POSIBLE HERRAMIENTAS PRESENTES EN LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES  SE PERMITE EN LA PANTALLA DE LAS COMPUTADORAS CONECTADAS AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES	PUEDEN OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
618004	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  1.2.4 ENTENDEMOS QUE ESTO SE REFIERE A LA INCORPORACIÓN DE ALGORITMOS QUE REALICEN CONTEOS DE NÚCLEO, CITOPLASMA O MEMBRANA EN TINCIONES DE INMUNOHISTOQUÍMICA. ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO? SI LO ANTERIOR ES CORRECTO, ACLARAMOS QUE ESTA FUNCIÓN ES DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A ALGORITMOS INCORPORADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES. ¿SE ACEPTA QUE ESTA FUNCIONALIDAD SE ESPECIFIQUE EN EL NUMERAL 1.2?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
618005	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PRONUNCIE SOBRE EL PUNTO	TODOS LOS SISTEMAS DEBEN CONTAR CON INTEROPERABILIDAD ENTRE ELLOS.

00000239



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				1.2.1, DONDE PROPONEMOS QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD SE INTEGRE AL HIS, PUES ES EL QUE RECIBE LAS ÓRDENES Y ENVÍA LOS INFORMES, Y QUE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD SE INTEGRE AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES, DE ACUERDO A MEJORES PRÁCTICAS EN PATOLOGÍA DIGITAL. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	
618006	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  EN CASO DE ACEPTAR NUESTRA PROPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE INTEGRAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE INTERFACE LIS Y/O HIS ESTO PARA CUBRIR CAVALMENTE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES. FAVOR DE PRONUNCIARSE	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
618007	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  1.2.4 ENTENDEMOS QUE ESTO SE REFIERE A LA INCORPORACIÓN DE ALGORITMOS QUE REALICEN CONTEOS DE NÚCLEO, CITOPLASMA O MEMBRANA EN TINCIONES DE INMUNOHISTOQUÍMICA. ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
618008	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE NUESTRA PROPUESTA, REFERENTE AL PUNTO 1.2.9 DONDE ESTA FUNCIONALIDAD PUEDE LLEVARLA ACABO EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD, MISMO QUE UNA VEZ REALIZADO EL ESCANEADO COMPLETO DE LA LAMINILLA INCLUYE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE, PREVIAMENTE CARGADOS. ESTE SISTEMA CUENTA ADEMÁS CON LA FUNCIONALIDAD DE CONSULTAR LOS DATOS ESCANEADOS EN LA JORNADA DEL TRABAJO Y HASTA POR HISTORICOS DE UN AÑO GARANTIZANDO LA TRAZABILIDAD DE LAS MUESTRAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA U OFERTE TECNOLOGIA SUPERIOR
618009	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  REFERENTE AL PUNTO 1.2.10, ESTA FUNCIONALIDAD SE ENTIENDE COMO QUE SE REALIZA UNA IMPRESIÓN FÍSICA DE IMÁGENES. EL OBJETIVO DE UN SISTEMA DE PATOLOGÍA DIGITAL ES CONTAR CON IMÁGENES DIGITALES, SIN NECESIDAD DE IMPRIMIR. ALTERNATIVAMENTE, PODRÍA ENTENDERSE COMO LA POSIBILIDAD DE ADJUNTAR PARCIALIDADES DE LA IMAGEN AL INFORME, Y QUE ÉSTE SE PUEDA IMPRIMIR. AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ESTE PUNTO	SE REFIERE A LA TRANSFERENCIA DE IMÁGENES DE UN DISPOSITIVO EXTERNA CON SU IMPRESIÓN DE IMÁGENES ADJUNTAS
618010	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SOBRE EL PUNTO 1.3.8 ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERE MANEJAR COMO INVENTARIO? FAVOR DE PRONUNCIARSE	SE REQUIERE AL MENOS LAS SIGUIENTES: DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, MARCA, CATÁLOGO, LOTE, FECHA DE CADUCIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD TOTAL, CANTIDAD MÍNIMA Y PROVEEDOR.
618011	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PRONUNCIE SOBRE EL PUNTO 1.3.9.1, ¿ESTAS ESPECIFICACIONES SE REFIEREN A LAS ESTACIONES DE TRABAJO? LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ESTACIÓN DE TRABAJO SON VARIABLES EN EL TIEMPO. ¿SE ACEPTA UNA ESTACIÓN DE TRABAJO CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES O MEJORES? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	PUEDE OFERTAR CARACTERISTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES
618012	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 41	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES.  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SOBRE EL PUNTO 1.3.9.2 ¿SE CUENTA CON LOS NODOS EN LOS 10 PUNTOS? EN CASO DE QUE NO, LA CONVOCANTE ES LA ENCARGADA DE ASEGURAR QUE EXISTAN DICHS NODOS? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS NODOS Y ENLACES ALAMBRICOS O INALAMBRICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
618215	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS. TODOS LOS PUNTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INCLUIR EN LA PROPUESTA TÉCNICA ÚNICAMENTE AQUELLAS PÁGINAS USADAS PARA REFERENCIAR LOS PUNTOS TÉCNICOS SOLICITADOS, ESTO PARA PODER PERMITIR UN MENOR PESO EN LOS ARCHIVOS DE LA PROPOSIICIÓN Y FACILITAR LA BÚSQUEDA DE LOS PUNTOS A SEÑALAR, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
618216	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS. TODOS LOS PUNTOS	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL PRESENTAR PROPUESTAS TÉCNICAS CON TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
618217	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.2.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CONECTAR LAS CINCO UNIDADES DE MONITOREO REQUERIDAS Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES O MAYOR, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA
618218	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.3.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CUYO SOFTWARE CONCUERDA CON LA MARCA DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ESTO SIN QUE INTERFIERA CON LA CONECTIVIDAD Y	NO SE ACEPTA

00000240



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				COMPATIBILIDAD DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES OFERTADOS, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	
618219	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.3.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERANDO QUE SÓLO SE REQUIEREN CINCO UNIDADES DE MONITOREO (MONITORES DE SIGNOS VITALES) CONECTADOS A LA CENTRAL DE MONITOREO NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE INCLUYA UNA PANTALLA TÁCTIL DE 24" CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE UNA PANTALLA ADICIONAL QUE CUENTA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
618220	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.7.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
618221	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.9.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
618222	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.10.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CAPTURAR, REVISAR Y VISUALIZAR DATOS COMPLETOS HASTA POR 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDA OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
618223	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.16.-	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO, ASÍ COMO EL SUBNUMERAL 1.16.1. "DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE" SE CONSIDERAN COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIN EMBARGO DEBERÁ DE DEMOSTRAR LA CAPACIDAD DE AMBOS NUMERALES EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
618224	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.7.2.-	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DE ACUERDO CON SU SOLICITUD DE ACCESORIOS PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO PUNTO "2.5.- CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS (2 UNIDADES)." NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE MÍNIMO DE HASTA 7 DERIVACIONES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
618225	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.14. EEG	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE EEG POR CADA CENTRAL DE MONITOREO SOLICITADA Y QUE A SU VEZ RESULTA COMPATIBLE CON CADA UNO DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE INTEGRAN LA PARTIDA, YA QUE LA MONITORIZACIÓN DE ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERA COMO UN PARÁMETRO DE MONITOREO AVANZADO, ESTO SIN QUE LÍMITE SU USO CON LA CENTRAL DE MONITOREO O LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES Y QUE NOS PERMITA OFRECER UNA PROPUESTA ECONÓMICA MUCHO MÁS COMPETITIVA, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
618226	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.15.	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, LA CENTRAL DEBE DE TENER INDICE BIESPECTRAL, DEBERÁ CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.3, AMBOS LOS DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA
618227	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.16.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE GASTO CARDÍACO POR CADA CENTRAL DE MONITOREO SOLICITADA Y QUE A SU VEZ RESULTA COMPATIBLE CON CADA UNO DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE INTEGRAN LA PARTIDA, ESTO SIN QUE LÍMITE SU USO CON LA CENTRAL DE MONITOREO O LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
618228	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.17. Y 17.17	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
618229	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.20.9.	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ CONSIDERARLA EN SU PROPUESTA ECONÓMICA
618230	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.20.11. ESPIROMETRÍA	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO

00900241



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
618231	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.29.	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO.
618232	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.30.	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
618233	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.2.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CONECTAR LAS CINCO UNIDADES DE MONITOREO REQUERIDAS Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES O MAYOR, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PARA ESTA CENTRAL SE DEBERÁN OFERTAR 6 MONITORES
618234	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.3.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CUYO SOFTWARE CONCUERDA CON LA MARCA DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ESTO SIN QUE INTERFERA CON LA CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES OFERTADOS, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
618235	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.3.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CUYO SOFTWARE CONCUERDA CON LA MARCA DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ESTO SIN QUE INTERFERA CON LA CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES OFERTADOS, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
618236	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.7.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS Y ALARMAS HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
618237	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.9.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE HASTA 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
618238	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.10.-	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRAL DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE CAPTURAR, REVISAR Y VSUALIZAR DATOS COMPLETOS HASTA POR 120 HORA POR CAMA, OFRECIENDO EN CONJUNTO DEL TOTAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SOLICITADOS UN TOTAL DE 25 DÍAS DE RESPALDO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN EQUIPO QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DE MEMORIA USB Y SD PARA EXPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE EVENTOS Y ALARMAS, EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
618239	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.16.-	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO, ASÍ COMO EL SUBNUMERAL 1.16.1. "DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE" SE CONSIDERAN COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIN EMBARGO DEBERÁ DE DEMOSTRAR LA CAPACIDAD DE AMBOS NUMERALES EN SU PROPUESTA TÉCNICA
618240	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.7.2.-	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DE ACUERDO CON SU SOLICITUD DE ACCESORIOS PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO PUNTO "2.5.- CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS (2 UNIDADES)." NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE MÍNIMO DE HASTA 7 DERIVACIONES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
618241	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.14. EEG	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE EEG POR CADA CENTRAL DE MONITOREO SOLICITADA Y QUE A SU VEZ RESULTA COMPATIBLE CON CADA UNO DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE INTEGRAN LA PARTIDA, YA QUE LA MONITORIZACIÓN DE ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERA COMO UN PARÁMETRO DE MONITOREO AVANZADO, ESTO SIN QUE LÍMITE SU USO CON LA CENTRAL DE MONITOREO O LOS MONITORES DE SIGNOS VITALE Y QUE NOS PERMITA OFRECER UNA PROPUESTA ECONÓMICA MUCHO MÁS COMPETITIVA, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
618242	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.15.	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, LA CENTRAL DEBE DE TENER INDICE BIESPECTRAL, DEBERÁ CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.3, AMBOS LOS DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA
618243	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE GASTO CARDÍACO POR CADA CENTRAL DE MONITOREO SOLICITADA Y QUE A SU VEZ RESULTA COMPATIBLE CON CADA UNO DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE	NO SE ACEPTA

00000242



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAFAR

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			1.17.16. GASTO CARDÍACO	INTEGRAN LA PARTIDA, ESTO SIN QUE LÍMITE SU USO CON LA CENTRAL DE MONITOREO O LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	
618244	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.17.Y 17.17	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
618245	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.20.9.	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ CONSIDERLA EN SU PROPUESTA ECONÓMICA
618246	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.20.11. ESPIROMETRÍA	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
618247	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.29.	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
618248	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. CENTRAL DE MONITOREO PAR MÚLTIPLES CAMAS. 1.17.30.	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ DE ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
618249	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO.18 SISTEMA ECOGRÁFICO 1.2.-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4,128,768 MILLONES DE CANALES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618250	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO 1.7.-	YA QUE LA CAPACIDAD DE ALMACENAR EN MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO, SE PUEDE EXPRESAR EN CUADROS, EN MEGABYTES O EN SEGUNDOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 200 MB O MAYOR, O 60 SEGUNDOS O MAYOR, O 1200 CUADROS O MAYOR, PARA LA REVISIÓN DE IMÁGENES", LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, SÓLO QUE ASÍ SE DESCRIBE EN NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES. LO ANTERIOR, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ REFERENCIARLO, SIN EMBARGO, EN SU PROPUESTA DEBERÁ COLOCAR LA EQUIVALENCIA PARA QUE EL ÁREA TÉCNICA PUEDE VERIFICAR LO REFERENCIADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
618251	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.1.-TRANSDUCTOR LINEAL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 2.9 MHZ O MENOR A 9.9 MHZ O MAYOR CON PARA UNA MAYOR PROFUNDIDAD Y COMPATIBLE CON ELASTOGRAFÍA, APLICACIONES EN PARTES PEQUEÑAS, MAMA, MUSCULO Y VASCULAR, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618252	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.3.-TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 2.9-8.1 MHZ CON APLICACIONES PARA TRANSRECTAL Y TRANSVAGINAL, CON ADITAMENTO DE GUÍA DE BIOPSIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
618253	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18. SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.4.-TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO CONVEXO DE 1.8 MHZ O MENOR A 6.9 MHZ O MAYOR CON APLICACIONES 4D, ABDOMINAL, FETAL Y GINECOLÓGICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
618254	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO 1.7.-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4,128,768 MILLONES DE CANALES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618255	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO 1.11.-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON SOFTWARE DE IMÁGENES COMPUESTAS DE 7 ÁNGULOS O LÍNEAS PROPORCIONANDO MEJORAS EN LA DEFINICIÓN DE BORDES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618256	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO 1.23.- CON CINELOOP DE 2000	YA QUE LA CAPACIDAD DE ALMACENAR EN MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO, SE PUEDE EXPRESAR EN CUADROS, EN MEGABYTES O EN SEGUNDOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 200 MB O MAYOR, O 60 SEGUNDOS O MAYOR, O 1200 CUADROS O MAYOR, PARA LA REVISIÓN DE IMÁGENES", LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, SÓLO QUE ASÍ SE DESCRIBE EN NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES. LO ANTERIOR, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRA SU EQUIVALENCIA
618257	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 19. ULTRASONÓGRAFO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA	PUEDE OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRA SU EQUIVALENCIA

00000243



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			2.3.- TRANSDUCTOR CONVEXO	FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 1.4 MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR CON PARA UNA MAYOR PROFUNDIDAD Y COMPATIBLE CON APLICACIONES EN ABDOMEN, RENAL, PULMÓN, OBSTETRICIA (TEMPRANA Y AVANZADA), ECOCARDIOGRAFÍA FETAL, GINECOLOGÍA, VASCULAR PERIFÉRICO Y PÉLVICO, ¿SE ACEPTA?	
618258	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20. SISTEMA ECOGRÁFICO 1.8. Y SUBNUMERALES 1.8.1 - 1.8.4.	ENTENDEMOS QUE PARA ESTAS APLICACIONES CLÍNICAS SE REQUIERE DEMOSTRAR LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA PODER REALIZAR ABORDAJES Y PROCEDIMIENTOS DE CATETERISMO CON LA GUÍA DEL TRANSDUCTOR LINEAL SOLICITADO MEDIANTE PRESETS VASCULARES, HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y REPORTES VASCULARES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
618259	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 20. SISTEMA ECOGRÁFICO PUNTO 2.1 TRANSDUCTOR LINEAL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 4.2 MHZ O MENOR A 12 MHZ O MAYOR CON PARA UNA MAYOR PROFUNDIDAD Y COMPATIBLE CON ARTERIAL PERIFÉRICO, VENOSO PERIFÉRICO, MUSCULOESQUELÉTICO, DIGITAL, MAMA, TESTÍCULOS, TIROIDES, CARÓTIDA, INTESTINO Y PULMÓN, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618260	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. ELASTÓGRAFO ULTRASÓNICO 1.2.1.-	CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4,128,768 MILLONES DE CANALES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, CON LO QUE SE PERMITE CUMPLIR CON EL ALCANCE CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618261	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. SISTEMA ECOGRÁFICO 1.6.- MEMORIA	YA QUE LA CAPACIDAD DE ALMACENAR EN MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO, SE PUEDE EXPRESAR EN CUADROS, EN MEGABYTES O EN SEGUNDOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 200 MB O MAYOR, O 60 SEGUNDOS O MAYOR, O 1200 CUADROS O MAYOR, PARA LA REVISIÓN DE IMÁGENES", LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, SÓLO QUE ASÍ SE DESCRIBE EN NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES. LO ANTERIOR, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO, DEBERÁ DE COLOCAR LA EQUIVALENCIA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
618262	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.1.-TRANSDUCTOR LINEAL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 2.9 MHZ O MENOR A 9.9 MHZ O MAYOR CON PARA UNA MAYOR PROFUNDIDAD Y COMPATIBLE CON ELASTOGRAFÍA, APLICACIONES EN PARTES PEQUEÑAS, MAMA, MUSCULO Y VASCULAR, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
618263	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.3.-TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 2.9-8.1 MHZ CON APLICACIONES PARA TRANSRECTAL Y TRANSVAGINAL, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
618264	GERD YERIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21. SISTEMA ECOGRÁFICO 2.1.4.-TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO CONVEXO DE 1.8 MHZ O MENOR A 6.9 MHZ O MAYOR CON APLICACIONES 4D, ABDOMINAL, FETAL Y GINECOLÓGICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
618265	INELBIO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL/DESC. DEL BIEN PTO 1.2.3	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS AMABLE A LA CONVOCANTE PARA EL PUNTO 1.2.3 COLUMNA TELESCÓPICA O DE CONTRAPESO NOS PERMITA OFERTAR FUNCIÓN TELESCÓPICA CON EL FIN DE MEJORAR LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO EN LOS ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS	PUEDE OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO SEA COLAPSABLE
618266	INELBIO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL/DESC. DEL BIEN PTO 1.2.4	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS AMABLE DE LA CONVOCANTE PARA EL PUNTO 1.2.4. NOS ACLARE SI LA ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +180 Y -180° ES EL MÍNIMO REQUERIDO PARA DICHO MOVIMIENTO	PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618267	INELBIO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL/DESC. DEL BIEN PTO 1.2.6	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS AMABLE DE LA CONVOCANTE PARA EL PUNTO 1.2.6. NOS ACLARE SI LA ROTACIÓN DE LA COLUMNA O BRAZO SOBRE SU PROPIO EJE DE +90 Y -90°. ES LA MÍNIMA REQUERIDA PARA DICHO MOVIMIENTO.	ES CORRECTO
618268	INELBIO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL/DESC. DEL BIEN PTO 1.6	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS AMABLE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 1.6 "CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ALMENOS 6000 IMÁGENES O MAYOR" DISCO DURO DE 500 GB DE ALMACENAMIENTO	PODRÁ OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA COLOQUE LA EQUIVALENCIA, SIN ESTA, NO SE ACEPTA
618269	INELBIO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL/DESC. DEL BIEN PTO 1.7	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS AMABLE A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR PARA EL PUNTO 1.7, UN EQUIPO DE 580 KG YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%

00000244



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NUMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
618270	INELBIO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL/DESC. DEL BIEN PTO 1.8	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS AMABLE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE PARA EL PUNTO 1.8 SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MISMO BANCO DE BATERÍAS DEBE ALIMENTAR LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO Y TAMBIÉN LA FUNCIÓN DE EXPOSICIÓN	ES CORRECTO
618271	INELBIO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL/DESC. DEL BIEN PTO 1.9	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS AMABLE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE PARA EL PUNTO 1.9. SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CAJÓN PORTA DETECTOR ES CAPAZ DE RECARGAR LA BATERÍA DEL FLAT PANEL EN LA BANDEJA	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618272	INELBIO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL/DESC. DEL BIEN PTO 1.15	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS AMABLE A LA CONVOCANTE PARA EL PUNTO 1.15 NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE INTER CONSTRUIDA EN EL CUERPO DEL EQUIPO Y TAMBIÉN EN EL CABEZAL	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.15
618273	INELBIO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL/DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS AMABLE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PROPONER COMO MEJORA TECNOLÓGICA, ACCESO AL SISTEMA OPERATIVO DEL EQUIPO, A TRAVÉS DE TARJETAS DE RADIOFRECUENCIA CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA DENTRO DE LA UNIDAD MÉDICA	PUEDA OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618423	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 6.14, PUNTO 4.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE NOS PERMITA ENTREGAR UNA ORDEN DE SERVICIO DONDE SE MENCIONE EL INGENIERO QUE PRESTÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS SIMILARES DE LOS QUE SE ESTÁN OFERTADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618424	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 6.5.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPO MÉDICO EN GENRAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
618425	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE NOS PERMITA ENTREGAR LOS BIENES EN UN PERIODO DE 120 DÍAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
618426	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 28	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. PUNTO 1.7 PESO DE 440 KG O MENOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE PESO DE 520 KG CON UN SISTEMA DE MOVIMIENTO ELÉCTRICO DEL EQUIPO CON UNA SOLA MANO EL CUAL HACE QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO AFECTE EN NADA EL USO PREVISTO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL ±10%

VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA.

VII. ASIMISMO SE INFORMA QUE LAS ACTAS DE FECHA 30 Y 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO RELATIVAS A LA SUSPENSIÓN DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, MISMAS QUE FUERON PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET.

VIII. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX](https://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX).

IX. SE INFORMA QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE HABILITARA UN PERIODO DE 6 HORAS PARA LA ETAPA DE REPREGUNTAS RELACIONADAS A LAS ACLARACIONES DE LA PRESENTE JUNTA.

X. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE, ASÍ COMO A LOS LICITANTES CUANDO ESTIME CONVENIENTE.

XI. ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN HORA POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONVOCANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EN LAS

00000245



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."



OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EN EL PISO 8 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NUMERO 423, COL. NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR A 5 DÍAS HABILIS. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024 FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA SECRETARÍA, QUIENES RECIBIRÁN COPIA DE LA PRESENTE ACTA POR CORREO ELECTRÓNICO.

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
	LIC NANCY MOLINA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
	C. ISABEL MALDONADO MUNGUÍA REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	LIC. OSCAR MILLAN ZAMBRANO REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. DANIELA GÓMEZ GONZÁLEZ REPRESENTANTE	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMSS-BIENESTAR	DRA. ZAIRA JAZMÍN PADILLA LLAMAS REPRESENTANTE	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO."

FIN DEL ACTA

00000246



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2024, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITUADA EN EL PISO 8 ALA NORTE DE LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN AV. INSURGENTES NORTE 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, Y A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (PARA LOS LICITANTES); SE REUNIERON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO (EN ADELANTE EL REGLAMENTO).

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, ASISTIDO POR EL C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCIA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS.

- I. LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET FUERON RECIBIDAS REPREGUNTAS RESPECTO DE LAS RESPUESTAS REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA LLEVADA A CABO EL PASADO 30 DE JULIO DE 2024, EN ESE SENTIDO SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON UN TOTAL DE (198) CIENTO NOVENTA Y OCHO REPREGUNTAS POR PARTE DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE REPREGUNTAS
1	ABSTEL S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	198
2	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	CompraNet	
3	ANGO MEDICAL, S.A DE C.V.	CompraNet	
4	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA. S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	
5	AUG, S.A. DE C.V.	CompraNet	
6	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	CompraNet	
7	BIODIST, S.A. DE C.V.	CompraNet	
8	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	CompraNet	
8	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA, S.A. DE C.V.	CompraNet	
9	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	CompraNet	
10	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	CompraNet	
11	INELBIO, S.A. DE C.V.	CompraNet	
12	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD, MX S.A. DE C.V.	CompraNet	
13	INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V.	CompraNet	
14	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.	CompraNet	
15	LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.	CompraNet	
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	CompraNet	
17	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	CompraNet	
18	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	CompraNet	
19	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	CompraNet	
20	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	CompraNet	
21	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	CompraNet	

00000002

00000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-90907975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAYA

II. SE AGREGA PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, LA CAPTURA DE PANTALLA DE LAS REPREGUNTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE 30 DE JULIO DE 2024, TOMADAS DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET DE LAS PERSONAS MORALES QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADAS EN EL CUADRO QUE ANTECEDE.

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Remitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acusa(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acusa(s) de Repreguntas
1	ABSTELS DE RL DE CV	17/07/2024 15:12	18/07/2024 11:29			
2	ADSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	29/07/2024 09:34	29/07/2024 09:35			
3	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	24/07/2024 10:34				
4	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	18/07/2024 17:02	18/07/2024 17:03			
5	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	17/07/2024 11:08	17/07/2024 11:08			
6	AMPHARMA SA DE CV	18/07/2024 12:48				
7	ANCO MEDICAL SA DE CV	28/07/2024 09:29	28/07/2024 13:35			
8	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	29/07/2024 13:50	29/07/2024 14:03			
9	ATRYA PLAST SA DE CV	22/07/2024 11:57				
10	ATYDE MEXICO SA DE CV	17/07/2024 17:40				

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Remitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acusa(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acusa(s) de Repreguntas
11	AUG SA DE CV	18/07/2024 13:16	19/07/2024 13:52			
12	BI. APLICACIONES MEDICAS INTEGRAL SA DE CV	24/07/2024 16:48	26/07/2024 16:46			
13	BIOOST SA. DE CV.	17/07/2024 15:36	17/07/2024 16:20			
14	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV	26/07/2024 16:00	26/07/2024 16:01			
15	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	17/07/2024 10:12				
16	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	18/07/2024 11:58	18/07/2024 12:00			
17	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS Y HOSPI	29/07/2024 14:52	29/07/2024 14:53			
18	COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN FRICCION LUBRISERT SA DE CV	24/07/2024 11:01				
19	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	17/07/2024 16:06	17/07/2024 16:07			
20	CONDITLIFE SA DE CV	17/07/2024 14:04	17/07/2024 14:05			

00000003



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



Comprasnet - Búsqueda

https://ucpp-comprasnet.hacienda.gob.mx/comprasnet/#/procedimientos/detalle-tp/105362e19-e5f3-4445-8635-4d551155b303

17:53 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de unidad compradora

ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de unidad compradora

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
31	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SA DE CV	17/07/2024 09:14				
32	EQUIPAMIENTO Y ASesorIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	17/07/2024 10:34	17/07/2024 10:43			
33	EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES BIOMEDICAS O DE RL DE CV	16/07/2024 22:38				
34	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	20/07/2024 13:55				
35	EVM SOLUTIONS SA DE CV	23/07/2024 08:30				
36	FARMACENTER SA DE CV	25/07/2024 19:15	01/08/2024 16:47			
37	FEHLMEX SA DE CV	18/07/2024 09:49	16/07/2024 09:50			
38	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	18/07/2024 09:31				
39	GERD YERIK SA DE CV	16/07/2024 12:31	22/07/2024 17:29			
40	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	17/07/2024 10:44	17/07/2024 10:45			

Regresar Solicitud de aclaración

Comprasnet - Búsqueda

https://ucpp-comprasnet.hacienda.gob.mx/comprasnet/#/procedimientos/detalle-tp/105362e19-e5f3-4445-8635-4d551155b303

17:53 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de unidad compradora

ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de unidad compradora

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
41	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	17/07/2024 12:33				
42	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	19/07/2024 14:57	19/07/2024 14:58			
43	HOSPITRUM SOLUTIONS SA DE CV	01/08/2024 19:40	01/08/2024 19:41			
44	HWR SOLUTIONS SA DE CV	17/07/2024 16:07				
45	IMPULSOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	17/07/2024 11:01	17/07/2024 11:03			
46	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	22/07/2024 11:31	22/07/2024 11:32			
47	INCLIBO SA DE CV	29/07/2024 08:59	29/07/2024 09:00			
48	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	26/07/2024 18:47	26/07/2024 18:48			
49	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	17/07/2024 20:34	17/07/2024 20:35			
50	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	18/07/2024 14:05	18/07/2024 14:05			

Regresar Solicitud de aclaración

00000000

000000004



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
SEMESTRE DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSA  
DEL MAJAN

17:54 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de unidad compradora

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Adaraciones	Acuse(s) de Regreuntas
51	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	17/07/2024 18:18	17/07/2024 18:18			
52	JRL SUPPLIERS DE RL DE CV	17/07/2024 09:57	17/07/2024 09:59			
53	JUAMA SA DE CV	26/07/2024 09:46				
54	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	22/07/2024 17:05	23/07/2024 17:05			
55	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	17/07/2024 09:37	18/07/2024 09:35			
56	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	17/07/2024 08:04	17/07/2024 08:06			
57	LUMAFESA S DE RL DE CV	01/08/2024 18:07	01/08/2024 18:09			
58	MANEQ DE MEXICO SA DE CV	18/07/2024 09:29	18/07/2024 10:11			
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	26/07/2024 12:04	26/07/2024 12:05			
60	MARIA GUADALUPE LANDAVERDE VILLAGRAN	28/07/2024 09:51	28/07/2024 09:51			

« < 4 5 6 7 8 > » 10 v

← Regresar Solicitudes de aclaración

17:54 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO  
Operador de unidad compradora

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Adaraciones	Acuse(s) de Regreuntas
61	MED RENT SA DE CV	19/07/2024 09:36	22/07/2024 14:39			
62	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	22/07/2024 12:31	22/07/2024 13:15			
63	MEDICAL DIMEGAR SA DE CV	23/07/2024 09:57	23/07/2024 09:58			
64	MEDICAL EQUIPMENT AND DISPOSABLES DE MEXICO SA DE CV	26/07/2024 12:01	26/07/2024 12:24			
65	MEDIGARC SAS DE CV	24/07/2024 18:51				
66	MEDIXSA SA DE CV	28/07/2024 14:09	28/07/2024 14:50			
67	MECAMED SA DE CV	17/07/2024 16:52	17/07/2024 16:53			
68	NEUMEDICA HOMECARE SA DE CV	19/07/2024 07:31	19/07/2024 09:07			
69	NUPIMED SA DE CV	29/07/2024 13:13				
70	PROMEDES SA DE CV	18/07/2024 12:32				

« < 5 6 7 8 9 > » 10 v

← Regresar Solicitudes de aclaración

00000000

00000005



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

Empresas que han manifestado interés en participar

Num.	Remitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
71	PROVEEDORA MEDICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO SA DE CV	17/07/2024 13:36	17/07/2024 13:36			
72	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	22/07/2024 12:07				
73	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	01/08/2024 16:46				
74	RIVASAPUNTO COM SA DE CV	18/07/2024 12:46				
75	SAITEK HEALTH SA DE CV	21/07/2024 14:07	21/07/2024 14:08			
76	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	17/07/2024 11:42	17/07/2024 11:42			
77	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	13/07/2024 11:58	15/07/2024 11:58			
78	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA SA DE CV	01/08/2024 13:09				
79	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	31/07/2024 13:08				
80	SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS REGIONTANTANOS SA DE CV	25/07/2024 14:28	25/07/2024 14:31			

Empresas que han manifestado interés en participar

Num.	Remitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
81	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	17/07/2024 09:32				
82	TECNOMEDICS SA DE CV	17/07/2024 12:14				
83	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	17/07/2024 11:59	17/07/2024 12:00			
84	ULANA CONSORCIO S A P I DE CV	18/07/2024 08:46	18/07/2024 08:48			
85	VE+S.A.P.I. DE C.V.	17/07/2024 10:34	17/07/2024 11:27			
86	WACHUMAS DE RL DE CV	18/07/2024 14:25	25/07/2024 15:36			
87	XING ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	17/07/2024 15:07	18/07/2024 09:24			

III. ACTO SEGUIDO SE DA RESPUESTA A TODAS Y CADA UNA DE LAS REPREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES ANTES MENCIONADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

*[Handwritten signatures and blue ink stamp]*

00000006



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54406	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 18	PUNTO 1.21.1.- SOLICITAMOS PODER REFERENCIARA EL PUNTO 1.21.1 COMO, MARCA DE GUIA DE BIOPSIA ¿SE ACEPTA?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
54407	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 18	PUNTO 1.19.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) DE 10.1 PULGADAS, YA QUE ESTA PANTALLA SE UTILIZA PARA COMANDOS QUE NO INTERFIEREN CON LA CALIDAD DE IMAGEN O CON EL FLUJO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
54408	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 18	PUNTOS 2.1.14 Y 2.1.7.- DEBIDO A QUE ESTOS PUNTOS SE REFIEREN A UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN SOLO TRANSDUCTOR QUE CUMPLE LA FUNCION DE AMBOS PUNTOS. ¿SE ACEPTA?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54409	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 18	PUNTO 2.1.14 Y 2.1.7.- EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE OFERTARAN SOLO 6 (SEIS) TRANSDUCTORES. ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

00000007

00000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54410	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 18	PUNTO 1.1.3.- ENTENDEMOS QUE DESEAN DESPLEGAR UNA SOLA IMAGEN DE ALTA RESOLUCION EN EL MONITOR, INDEPENDIEMENTE DE IMÁGENES DUALES, ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54411	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 18	PUNTO 1.1.6.- ENTENDEMOS QUE LOS 500 GB EN DISCO DURO SON PARA EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
54412	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 19	PUNTO 1.21.1.- EN LA RADIOLOGIA CONVENCIONAL, ESTE TERMINO NO ES BODY MAP YA QUE COMO SABEN SU TRADUCCION DIRECTA ES MAPA DE CUERPO Y ESTO NO TIENE NADA QUE VER CON LA VISUALIZACION DE LA AGUJA EN LA PANTALLA, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA USAR VISUALIZACION DE LA AGUJA EN PANTALLA, ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54413	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 19	PUNTO 1.3.- ENTENDEMOS QUE DESEAN DESPLEGAR UNA SOLA IMAGEN DE ALTA RESOLUCION EN EL MONITOR, INDEPENDIEMENTE DE IMÁGENES DUALES, YA QUE ES DIFICIL CALCULAR EL PORCENTAJE DE LA IMAGEN DENTRO DEL MONITOR, ADEMAS CON LA FUNCION ZOOM SE PUEDE INCFREMENTAR TANTO COMO LO DESEE EL MEDICO, ¿ES CORRECTO?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000000

00000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54414	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 19	PUNTO 1.8.- ADEMAS DEL RANGO DINAMICO, OBSERVAMOS QUE DESEAN SE INCLUYA NIVEL DE RUIDO REDUCIDO, ESTO ES BASICAMENTE UNA FUNCION COMERCIAL QUE NO DICE NADA, PERO PARA ASEGURAR ESTA FUNCION ENTENDEMOS DEBEMOS INCORPORAR UNA TECLA DONDE AL PRESIONARLA NOS DA ESA FUNCION, ¿ES CORRECTO?	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54415	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 19	PUNTO 1.4.- OBSERVAMOS DE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE CRECER A FUTURO A MUCHAS APLICACIONES LAS CUALES DESPLIEGAN UNA GRAN CANTIDAD DE IMÁGENES QUE NOS SIRVEN PARA HACER UNA MEJOR EVALUACION DEL PACIENTE, DEBIDO A ESTO ENTENDEMOS QUE LOS 500 GB EN DISCO DURO SON PARA EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
54416	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 19	PUNTO 2.1.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE 5 MHZ O MENOR A 14 MHZ, YA QUE DEBIDO A LAS APLICACIONES QUE SOLICITAN ESTE TRANSDUCTOR LES SERVIRA MUCHO MEJOR, ADEMAS OBSERVAMOS DESEAN HACER ELASTOGRAFIA, CABE MENCIONAR QUE MIENTRAS MAYIR SEA LA FRECUENCIA LOS RESULTADOS SON OPTIMOS Y EN ESTE CASO NO NECESITAN COMPRAR MAS TRANSDUCTORES, ¿SE ACEPTA?	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54417	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 19	PUNTO 1.3.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL PUNTO 1.3, COMO TAMAÑO DE IMAGEN EN PANTALLA PEQUEÑA, GRANDE Y EXTRA GRANDE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

00000000

000000009



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54418	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 19	PUNTO 1.28.- SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR EL PUNTO 1.19 COMO MEDIDA EN DIAGONAL DE 12 PULGADAS O MAYOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERTA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54419	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 19	PUNTO 1.28.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) DE 10.1 PULGADAS, YA QUE ESTA PANTALLA SE UTILIZA PARA COMANDOS QUE NO INTERFIEREN CON LA CALIDAD DE IMAGEN O CON EL FLUJO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
54420	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 19	PUNTO 1.20.- DADO QUE LA DESCRIPCION DEL EQUIPO NO ES DE USO CARDIOLOGICO SUGERIMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL PUNTO 1.20 YA QUE EL CRECIMIENTO A FUTURO NO ES NECESARIO PARA LAS APLICACIONES RADIOLOGICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERTA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54421	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 20	PUNTO 1.8.4.- ENTENDEMOS QUE PODEMOS USAR ACRONIMOS PARA LA DESCRIPCION SOLICITADO, YA QUE BASICAMENTE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA COLOCACION DE CATETERES, ¿ÉS CORRECTO?	PUEDE REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

01000000

00000010



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
REVOLOCACIÓN Y DESARROLLO  
DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54442	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 20	PUNTO 1.8.4.- EL PICC SE DEFINE COMO EL CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (SIGLAS EN INGLÉS), EL ULTRASONIDO SE USA PARA VISUALIZAR LAS VENAS EN ESTA ZONA EN EJE TRANSVERSALO LOGITUDINAL EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DEL TRANSDUCTOR. PARA ELLO ES RECOMENDABLE USAR EL METODO "RAPEVA Y RACEVA (DEL GRUPO GAVECELT), VALORACION RAPIDA DE LAS VENAS PERIFERICAS Y CENTRALES, COMO SE PUEDE OBSERVAR ES UN METODO Y EL ULTRASONIDO SOLO ES DE APOYO POR LO QUE BASICAMENTE SE REQUIERE PODER VISUALIZAR EL CATETER EN PANTALLA COMO SE HACE CON LA BIOPSIA, SOLICITAMOS PODER MARCARLO COMO TAL, ¿SE ACEPTA?.	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
54443	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 20	PUNTO 1.16.- ENTENDEMOS QUE ESTA UNIDAD DE CD/ DVD/ USB DEBEN ESTAR INTEGRADAS AL ULTRASONIDO, Y NO A UNIDADES EXTERNAS, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
54444	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 20	PUNTO 1.18.- DEBIDO A LA DESCRIPCIÓN EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE NO ES UN EQUIPO PORTATIL, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

01000000

00000011



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54445	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 20	PUNTO 1.8.4.- CVC QUIERE DECIR CATETER VENOSO CENTRAL Y SE REFIERE A LA INSTALACION DE ESTE CON AYUDA DEL ULTRASONIDO. EL OBJETIVO ES IDENTIFICAR LA EFICACIA DE LA COLOCACION DEL CATETER VENOSO CENTRAL CON EL USO DEL ULTRASONIDO Y LAS COMPLICACIONES ATRIBUIBLES AL PROCEDIMIENTO. COMO PODEMOS OBSERVAR EN LA ESPECIFICACION ESTOS SON PROCEDIMIENTOS CON AYUDA DEL ULTRASONIDO, POR LO QUE CON EL PROGRAMA DE GUIA DE BIOPSIA PODEMOS DEMOSTRAR QUE EL ULTRASONIDO PUEDE VISUALIZAR LOS CATETERES, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA DEMOSTRARLO ASI, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
54446	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 20	PUNTO 1.8.4.- DICE PUERTO PIV, CREEMOS QUE EXISTE UNA CONFUSION YA QUE LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO NO TIENEN PUERTO PIV, YA QUE ESTE TERMINO SE REFIERE A LA COLOCACION DE CATETER INTRAVENOSO GUIADO POR ULTRASONIDO, Y ENTONCES BASICAMENTE DESEAN QUE EL ULTRASONIDO PUEDA MOSTRAR EN LA PANTALLA EL CATETER ASI COMO SE HACE CON LA GUIA DE BIOPSIA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
54447	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 20	PUNTOS 1.8.3 Y 1.8.4.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR LOS PUNTOS 1.8.3 Y 1.8.4 CON UNA IMAGEN VASCULAR, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR UN PUNTO DE LA FICHA TECNICA POR PARTIDA CON UNA IMAGEN SIEMPRE Y CUANDO LA IMAGEN DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO
54448	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 20	PUNTO 1.8.1.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL PUNTO 1.8.1 GRAFICAMENTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA

00000012



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54449	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 1.2.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL PUNTO 1.3, COMO TAMAÑO DE IMAGEN EN PANTALLA PEQUEÑA, GRANDE Y EXTRA GRANDE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54450	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 1.17.- SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR EL PUNTO 1.19 COMO MEDIDA EN DIAGONAL DE 12 PULGADAS O MAYOR ¿ SE ACEPTA?	PARA LA MEDIDA SOLICITADA EN EL PUNTO 1.17 QUE ES DE 12 PULGADAS O MAYOR LA MEDICION OFERTADA DEBERA SER MEDIDA EN DIAGONAL
54451	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 1.17.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) DE 10.1 PULGADAS, YA QUE ESTA PANTALLA SE UTILIZA PARA COMANDOS QUE NO INTERFIEREN CON LA CALIDAD DE IMAGEN O CON EL FLUJO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
54452	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 1.1.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA LCD, LA CUAL ES PLANA Y DE ALTA RESOLUCION, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS PULGADAS SOLICITADAS

00000000

00000013



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54453	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 1.2.- ENTENDEMOS QUE DESEAN DESPLEGAR UNA SOLA IMAGEN DE ALTA RESOLUCION EN EL MONITOR, INDEPENDIENTEMENTE DE IMÁGENES DUALES, YA QUE ES DIFÍCIL CALCULAR EL PORCENTAJE DE LA IMAGEN DENTRO DEL MONITOR, ADEMÁS CON LA FUNCIÓN ZOOM SE PUEDE INCREMENTAR TANTO COMO LO DESEE EL MEDICO, ¿ES CORRECTO?	PUEDO OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54454	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 1.14.- OBSERVAMOS DE EL EQUIPO TIENE MUCHAS APLICACIONES LAS CUALES DESPLIEGAN UNA GRAN CANTIDAD DE IMÁGENES QUE NOS SIRVEN PARA HACER UNA MEJOR EVALUACION DEL PACIENTE, DEBIDO A ESTO ENTENDEMOS QUE LOS 500 GB EN DISCO DURO SON PARA EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
54455	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 2.1.1.- OBSERVAMOS QUE EN PUNTO 1.8 SOLICITAN ELASTOGRAFIA CUALITATIVA Y EN EL PUNTO 1.9 ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA (SHARE WAVE U ONDA DE CORTE), ENTONCES DEBEMOS ENTENDER Y PARA SACARLE TODO EL POTENCIAL AL EQUIPO DE ULTRASONIDO ADEMÁS QUE LAS PRINCIPALES CASAS COMERCIALES QUE DESARROLLAMOS ULTRASONIDOS LO MANEJAMOS, DEBEMOS ENTENDER QUE EL TRANSDUCTOR LINEAL DEBE PODER SER USADO PARA ESTOS DOS MODOS DE ELASTOGRAFIA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
54456	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 2.1.2.- OBSERVAMOS QUE EN PUNTO 1.8 SOLICITAN ELASTOGRAFIA CUALITATIVA Y EN EL PUNTO 1.9 ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA (SHARE WAVE U ONDA DE CORTE), ENTONCES DEBEMOS ENTENDER Y PARA SACARLE TODO EL POTENCIAL AL EQUIPO DE ULTRASONIDO ADEMÁS QUE LAS PRINCIPALES CASAS COMERCIALES QUE DESARROLLAMOS ULTRASONIDOS LO MANEJAMOS, DEBEMOS ENTENDER QUE EL TRANSDUCTOR CONVEXO DEBE PODER SER USADO PARA ESTOS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  00000014



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			DOS MODOS DE ELASTOGRAFIA, ¿ES CORRECTO?	
54457	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 2.1.3.- OBSERVAMOS QUE EN PUNTO 1.8 SOLICITAN ELASTOGRAFIA CUALITATIVA Y EN EL PUNTO 1.9 ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA (SHARE WAVE U ONDA DE CORTE), ENTONCES DEBEMOS ENTENDER Y PARA SACARLE TODO EL POTENCIAL AL EQUIPO DE ULTRASONIDO ADEMAS QUE LAS PRINCIPALES CASAS COMERCIALES QUE DESARROLLAMOS ULTRASONIDOS LO MANEJAMOS, DEBEMOS ENTENDER QUE EL TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL O INTRACAVITARIO DEBE PODER SER USADO PARA ESTOS DOS MODOS DE ELASTOGRAFIA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
54458	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTOS 2.1.3; 2.1.4; 2.1.7.- OBSERVAMOS QUE LAS FRECUENCIAS SON LAS MISMAS PARA LOS TRES TRANSDUCTORES, LA APLICACIÓN Y EL TIPO DE TRANSDUCTOR ES EL MISMO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN SOLO TRANSDUCTOR CON LAS FRECUENCIAS SOLICITADAS Y QUE SE PUEDA USAR PARA ELASTOGRAFIA CUALITATIVA Y ELASTOGRAFIA POR SHARE WAVE, PARA CUBRIR LOS TRES PUNTOS, ¿SE ACEPTA?	DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES
54459	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV 11000000	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 2.3.- REQUIEREN UNA IMPRESORA BLANCO/ NEGRO Y COLOR, ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UNA SOLA IMPRESORA QUE CUBRA AMBAS CARACTERISTICAS Y QUE SE ACOPLE AL ULTRASONIDO, ¿ES CORRECTO?	PUEDA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES 00000015



2024  
AÑO DE  
**Felipe Carrillo  
PUERTO**  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PUEBLO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54460	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 21	PUNTO 3.1.- SUGERIMOS SE OFERTE UN GALON DE GEL CON TUBO PARA RELLENAR DE 250 ML YA QUE ASI SE ENCUENTRA DE MANERA COMERCIAL Y NO AFECTA EL PRECIO DEL ULTRA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERTA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54461	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 54	FORMATO EXCEL.- OBSERVAMOS QUE EXISTE UNA COLUMNA QUE DICE HIPERVINCULO, PERO A CONTINUACION ESTA OTRA QUE ES DONDE EXISTEN LOS CATALOGOS REFERENCIADOS, ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PONER LA MISMA REFERENCIACION EN AMBAS COLUMNAS, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, ATENDER LOS ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
54462	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 54	PUNTO 1.3.1.- ENTENDEMOS QUE LA ANGULACION ES FISICA, ¿ES CORRECTO?	LA ANGULACIÓN DEL GANTRY PUEDE SER FÍSICA
54463	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 54	PUNTO 1.12.- DADO QUE LA CONSOLA DEL OPERADOR NO ES UNA OPCION Y SI PARTE DEL EQUIPO, DONDE VIENEN DESCRITAS LAS PARTES QUE ESTAN CONSIDERADAS DENTRO DEL SISTEMA, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA USAR UN MANUAL Y/O CATÁLOGO PARA DEMOSTRAR ESTE PUNTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

71000000

00000016



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54464	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 54	PUNTO 1.12.2.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR MONITORES DE 19" YA ESTA ES UNA MEDIDA ESTÁNDAR Y NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54465	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 54	PUNTO 1.12.5.- YA QUE ESTA ESPECIFICACION ESTA DENTRO DEL APARTADO CONSOLA DEL OPERADOR, Y ESTA CONSOLA ES BASICAMENTE UNA COMPUTADORA CON SOFTWARE ESPECIFICO, ENTENDEMOS QUE ESTA UNIDAD LECTORA/ GRABADORA DE DVD DEBE SER INTEGRADA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
54466	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 54	PUNTO 1.12.7.- YA QUE EN EL PUNTO 2.2 SOLICITAN UPS PARA TODO EL EQUIPO, LA CONSOLA DEL OPERADOR ESTA CONECTADA A ESTE UPS, A DIFERENCIA DE LA ESTACION DE TRABAJO QUE SI NECESITA UNA UPS INDEPENDIENTE, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA SOLA UPS PARA LA ESTACION DE TRABAJO Y UNA UPS PARA TODO EL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54467	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 55	PUNTO 1.8.3.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EN PUNTO 1.8.3 UN DETECTOR DIGITAL PLANO CON ADQUISICION DE 2688 X2688, YA QUE DEBIDO A LA RESOLUCION DE LAS SECUENCIAS DE ADQUISICION SOLICITADAS (1024X1024 12 BITS) NO ES NECESARIO TENER UN DETECTOR CON LA MATRIZ SOLICITADA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

21000000

00000017



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54468	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 55	PUNTO 1.8.5.- SOLICITAMOS PODER OFERTAR EN EL PUNTO 1.8.5 UN DETECTOR CON RESISTENCIA AL AGUA CON CLASIFICACION IPV6 LA CUAL ES UNA NORMA DE PRUEBA SUPERIOR A LA SOLICITADA, YA QUE LA BOQUILLA DE LA SALIDA DE AGUA PARA LA PRUEBA TIENE UNA DIMENSION DE LA MITAD DE LA BOQUILLA PARA IPX6, POR LO QUE EL CHORRO DE AGUA DE PRUEBA ES MAS FINO, LO CUAL ESTA SOMETIENDO AL DETECTOR A UNA PRUEBA MAS EXHAUSTIVA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD
54469	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 18, 19, 20, 21, 54 Y 55	ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	LO MINIMO REQUERIDO ES LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1.2 FICHA TECNICA.
54470	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 54 Y 55	¿PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DE LAS ÁREAS EN DÓNDE SERÁN INSTALADOS ESTOS EQUIPOS?, YA QUE EN LA VISITA NO SE NOS PERMITIO TOMAR MEDIDAS, ÚNICAMENTE NOS PERMITIERON UNA INSPECCIÓN VISUAL, Y ES FUNDAMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS MECÁNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES. ¿ACEPTAN NUESTRA SOLICITUD? FAVOR DE ACLARAR	LOS PLANOS FUERON ENTREGADOS EN LOS EVENTOS DE VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA, COMO SE INDICO EN LA CONVOCATORIA
54471	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV 01000000	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 54 Y 55	ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SE HARA REPOSABLES DE TODAS LAS ADECUACIONES DE LAS SALAS DE LOS EQUIPOS DE ESTAS PARTIDAS Y QUE HARAN LA ENTREGA DE LAS MISMAS A "PIE DE SALA" CON LAS INDICACIONES QUE SE SOLICITARAN EN LAS GUÍAS MECÁNICAS DEL LICITANTE ADJUDICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACION 00000018



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007976-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54472	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ANEXOS JUNTA DE ACLARACIONES PARTIDA 54 Y 55	EN CASO DE QUE EL ÁREA DE INSTALACIÓN NO ESTUVIERAN TERMINADAS Y LISTAS PARA LA INSTALACIÓN, ENTENDEMOS QUE EL HOSPITAL CUENTA O CONTARÁ CON ALGÚN LUGAR PARA EL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR?	EL RESGUARDO DEL EQUIPO DEBERÁ SER EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR
54475	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	618424	PREGUNTA HECHA POR ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV Y A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE. AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE QUE PODEMOS ENTREGAR CONTRATOS DE EQUIPO MÉDICO GENERAL (IMAGEN, SOPORTE VIDA, DIAGNOSTICO, TERAPEUTICO, QUIRURGICO, ETC.) CON INDEPENDENCIA DE LA PARTIDA QUE SE OFERTE (EQUIPO MÉDICO EXCLUSIVAMENTE). ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SE PODRÁN INCLUIR CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS, QUE CORRESPONDAN A EQUIPO MEDICO EN GENERAL INDEPENDIEMENTE DE LA PARTIDA QUE OFERTE, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE VENTA DE EQUIPO MÉDICO CELEBRADAS CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
54483	ANGO MEDICAL SA DE CV	ID 616690 DE ANGO MEDICAL S.A. DE C.V.	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, ACEPTE QUE COMO PARTE DEL CURRÍCULUM EMPRESARIAL SE AGREGUE UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA EN EL QUE SE DEMUESTRE EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO EN GENERAL, INDEPENDIEMENTE DE LA PARTIDA QUE SE COTICE, A EFECTO DE ACREDITAR CON EL CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA QUE EL LICITANTE TIENE EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO EN GENERAL. LO ANTERIOR A EFECTO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE PODRÁN INCLUIR CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS, QUE CORRESPONDAN A EQUIPO MEDICO EN GENERAL INDEPENDIEMENTE DE LA PARTIDA QUE OFERTE, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE VENTA DE EQUIPO MÉDICO CELEBRADAS CON OTRAS INSTITUCIONES DE SECTOR PÚBLICO O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

21006000

00000019



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54484	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	PREGUNTA ID 618426 DE MI REPRESENTADA REFERENTE A LA PARTIDA 28 PUNTO 1.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE 520 KG DE PESO DEBIDO A QUE ESTE PESO MAYOR SE DEBE A QUE TIENE UN DOBLE BANCO DE BATERÍAS UNO PARA EL USO DEL EQUIPO Y OTRO PARA SU MOVIMIENTO. SUMANDO A QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN SISTEMA QUE HACE QUE MOVER AL EQUIPO NO SUPONE NINGÚN ESFUERZO AUN CON ESTE PESO, POR LO TANTO ESTO NO LIMITA DE NINGUNA MANERA SU USO PREVISTO Y PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL PUNTO 1.8
54498	ANGO MEDICAL SA DE CV	ID 616618 DE ANGO MEDICAL S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE A QUE SE REFIERE LA CARACTERISTICA DE LUZ PARA CIRUGIA AMBIENTAL FAVOR DE ACLARAR	LUZ DE CIRUGÍA AMBIENTAL ILUMINA EL CAMPO QUIRÚRGICO PROPORCIONANDO UNA VISIÓN CLARA EN EL ÁREA DE OPERACIÓN, VISUALIZANDO ANATOMÍA Y TEJIDOS DEL PACIENTE, REDUCIENDO LA FATIGA VISUAL.
54499	ANGO MEDICAL SA DE CV	ID 616632 DE ANGO MEDICAL S.A. DE C.V.	ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 1.15.1 SE DEBERA OFERTAR SISTEMA DE EMERGENCIA POR MEDIO DE PEDAL DE BOMBEO QUE ACCIONE LOS MOVIMIENTOS HIDRAULICOS DE LA MESA EN CASO DEFALLA ELECTRICA O FALLA DEL CONTROL REMOTO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL SISTEMA DE EMERGENCIA ES POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, MEDIANTE PALANCA O BOTON QUE ACTIVE LAS BOMBAS PARA MOVER LA POSICIÓN DE LA MESA, EN CASO DE FALLA DE MANERA SUAVE Y PRECISA.
54500	LUMAFESA S DE RL DE CV	ID 617415 DE SERVICIO Y VENTA DE INSUMO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE HAMABLEMENTE EN CORRIENTE DE RADIOGRAFÍA DIGITAL O IMAGEN ÚNICA DE 125 MA. O MAYOR NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA CORRIENTE DE 100 MA, ¿SE ACPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA 00000020



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54501	LUMAFESA S DE RL DE CV	ID 616874 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE SIAGNOSTIC S DE RL DE CV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE HAMABLEMENTE EN CORRIENTE DE RADIOGRAFÍA DIGITAL O IMAGEN ÚNICA DE 125 MA. O MAYOR NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA CORRIENTE DE 100 MA, ¿SE ACPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
54578	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 615338	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA: PUNTO 1.7.- CAPACIDAD DE VACÍO DE LA FUNDA ESTÉRIL: LA CARACTERÍSTICA DE VACÍO DE LA FUNDA ESTÉRIL ES EXCLUSIVA DE LA MARCA CARL ZEISS LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDURÍA. ESTA FUNCIÓN NO ES ESENCIAL NI CONTUNDENTE PARA LA PRÁCTICA DE UNA CIRUGÍA, ADEMÁS DE QUE SOLO ENCARECE EL COSTO DEL EQUIPO. NUESTRA TECNOLOGIA OFRECE UN METODO INTUITIVO DE COLOCACIÓN FÁCIL Y COMODA DE LA FUNDA ESTERIL, EL CUAL SE REALIZA EN MENOS DE 60 SEGUNDOS LOGRANDO UNA PROTECCIÓN ESTÉRIL DEL MICROSCOPIO Y DEL CAMPO QUIRÚRGICO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54579	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 615341	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA: PUNTO 1.13.1 - CON VIDEO CÁMARA DE 3 CHIPS DE ALTA DEFINICION A COLOR, INTEGRADA EN EL CUERPO DEL MICROSCOPIO ( INTERNA): EL DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS PARA USO QUIRÚRGICO VARIAN DE ACUERDO A LOS DISEÑOS DE CADA FABRICANTE. POR LO QUE OFRECEMOS UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR CON UNA CÁMARA FULL HD DE 1CMOS, CON SENSOR DE IMAGEN DE 1/2.8" PROGRESIVO DE 20488(H) X 1536(V) PÍXELES, LA CUAL ES DE LA MISMA MARCA DEL MICROSCOPIO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR	NO SE ACEPTA, DEBERTA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			TECNOLOGÍA DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	
54580	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 615933	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA: PUNTO 1.9.5. ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO: EL ACOPLAMIENTO DE LOS OCULARES EN EL TUBO BINOCULAR VARIA DE ACUERDO A LOS DISEÑOS Y EXPERIENCIA DE CADA FABRICANTE. EL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO ES CARACTERISTICA EXCLUSIVA DE LA MARCA CARL ZEISS POR LO QUE LÍMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA. LA TECNOLOGIA A OFERTAR OFRECE UN ACOPLAMIENTO ENROSCABLE DE OCULARES, EL CUAL HA RESULTADO EN UN MEJOR ASEGURAMIENTO EN EL TUBO BINOCULAR YA QUE LA TECNOLOGÍA CON MAGNETISMO VA PERDIENDO FUERZA CON EL TIEMPO Y COMO CONSECUENCIA EL OCULAR SE AFLOJA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL ACOPLAMIENTO DE LOS OCULARES EN EL TUBO BINOCULAR ENROSCABLE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54581	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 617411	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA: PUNTO 1.17.2 - MONITOREO DE NEURO: QUEREMOS CORROBORAR CON LA CONVOCANTE QUE EN ESTE PUNTO SE REFIEREN A QUE EL FILTRO U OBJETIVO DE FLORESCENCIA PUEDA SER OBSERVADO Y MONITOREADO DESDE LA PANTALLA DEL MICROSCOPIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	SE REFIERE A QUE EL MODULO DE FLUORESCENCIA CON APLICACIÓN EN NEURO, PUEDA MEJORAR LA VISUALIZACIÓN DE TEJIDO DAÑADO PERMITIENDO PRECISIÓN DE MICROCIURÍA RECONSTRUCTIVA COMPLEJA.  00000022

00000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54582	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 617413	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA: PUNTO 1.10.2- ACTIVIDAD DE MANERA ELÉTRICA PULSANDO UN BOTON DESDE LA EMPUÑADURA: QUEREMOS CORROBORAR CON LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LA ACTIVIDAD Ó MOVIMIENTOS DEL MICROSCOPIO SE LOGRA PRESIONANDO UN BOTÓN EN LA EMPUÑADURA QUE LIBERA LOS FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
54583	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 618216	PARTIDA 16 MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA: PUNTO 1.16.1 - ENTRADA EXTERNA DE VIDEO: QUEREMOS CORROBORAR CON LA CONVOCANTE QUE LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO SE REFIEREN A QUE EL MICROSCOPIO CUENTA CON UNA ENTRADA EXTRA DE VIDEO PARA CONECTAR OTRO MONITOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.? FAVOR DE ACLARAR.	SE REFIERE A CONECTAR UNA FUENTE EXTERNA DE VIDEO
54584	ANGO MEDICAL SA DE CV	ID 616631 DE ANGO MEDICAL S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, CONSIDERE EXTENDER EL RANGO DE TOLERANCIA HASTA 20% ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ CONSIDERAR UNA TOLERANCIA DE ±10%
54591	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	614662	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, BASTARÁ CON QUE CUALQUIERA DE LOS LICITANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PRESENTE EL ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS, DEBERA ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE PRINCIPAL

00000023



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54596	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA 617722	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y NOS PERMITA ADJUNTAR CONTRATOS DE BIENES SIMILARES. ¿ACEPTA?	SE PODRÁN INCLUIR CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS, QUE CORRESPONDAN A EQUIPO MEDICO EN GENERAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA PARTIDA QUE OFERTE, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE VENTA DE EQUIPO MÉDICO CELEBRADAS CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
54597	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA 617723	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR EL DOCUMENTO A NOMBRE DEL FABRICANTE. ¿ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54598	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA 617686	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR 2,000 RPM, EN EL ENTENDIDO QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DE LA CENTRIFUGA. ¿ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
54599	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615728 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV	DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE A NUESTRA CONSULTA, NOS PERMITIMOS MENCIONAR A LA CONVOCANTE QUE LOS BITS EN LA PANTALLA DE ADQUISICIÓN SE REFIEREN A LA PROFUNDIDAD DE COLOR O A EL NÚMERO DE COLORES QUE SE PUEDEN REPRESENTAR, POR LO QUE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PERMITA CUMPLIR ESTE PUNTO COMO: 16 MILLONES DE COLORES O MAYOR, LO QUE REPRESENTA QUE NUESTRA PANTALLA TIENE LA CAPACIDAD DE 24 BITS (8 BITS POR CADA COMPONENTE RGB, POR LO QUE, APLICANDO LA FÓRMULA: NÚMERO DE COLORES= 2 X PROFUNDIDAD DE COLOR= 2 X 24 BITS= 16.77	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.  00000024



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			MILLONES DE COLORES)¿SE ACEPTA?	
54600	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615730 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA RESPUESTA DADA A NUESTRA PREGUNTA, DEBIDO A QUE LA PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA ESTA SOBRE EVALUADA YA QUE LOS DETECTORES UTILIZADOS EN FLUOROSCOPIA SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE INTEGRADOS EN LA SUPERFICIE DE LA MESA, POR LO QUE MANTENER LA PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS DE 6, ESTA SIENDO ARBITRARIA DEBIDO A QUE NO HAY UNA RAZÓN TÉCNICA QUE AMPARE QUE UN DETECTOR QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE PROTEGIDO POR UNA ESTRUCTURA ROBUSTA DE FIBRA DE CARBÓN POR ENCIMA, POR ABAJO Y POR LOS LADOS TENGA QUE POSEER PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS DE ESE NIVEL, ESTO NO SOLO NO APORTA VALOR SINO QUE ESTA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO Y FAVORECE ÚNICAMENTE A UNA CASA COMERCIAL VIOLENTANDO LA LIBRE COMPETENCIA.	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54601	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615717 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA RESPUESTA DADA A NUESTRA PREGUNTA, DEBIDO A QUE LA UTILIZACIÓN DE UNO O DE DOS PUNTOS FOCALES ESTA COMPLETAMENTE LIGADA A LA CAPACIDAD QUE TENGA EL SISTEMA DE SUMINISTRAR LA SUFICIENTE POTENCIA PARA ADQUISICIÓN CON ALTA POTENCIA UTILIZANDO PARA ELLO UN PUNTO FOCAL GRUESO, MIENTRAS QUE PARA PROYECCIONES CON BAJA POTENCIA UTILIZAN EL PUNTO FOCAL FINO. POR LO ANTERIOR, NUESTRO SISTEMA CON UN	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>ÚNICO PUNTO FOCAL ES CAPAZ DE PROPORCIONAR AMBAS POTENCIAS SIENDO MÁS ÓPTIMO, MEJORANDO NO SOLO CON ELLO EL RENDIMIENTO DEL TUBO AL GENERAR MENOS CALOR CON UN PUNTO FOCAL MÁS PEQUEÑO SINO TAMBIÉN OPTIMIZA EL DESEMPEÑO DEL TUBO EN GENERAL SIENDO MÁS DURADERO EN EL TIEMPO. POR LO QUE, NO ACEPTAR NUESTRO DISEÑO SOLO ESTA DELIMITANDO LA PARTICIPACIÓN ÚNICAMENTE A SISTEMAS CON UN ÚNICO DISEÑO QUE NO ES EL ÚNICO NI EL MEJOR PARA ESTE TIPO DE SISTEMAS, LO CUAL IMPACTA EN EL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Y CON EL CUÁL SE PRETENDE IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD. POR LO CUÁL, REINTERAMOS NUESTRA SOLICITUD QUE SEA ACEPTADO NUESTRO SISTEMA CON UN ÚNICO PUNTO FOCAL. ¿SE ACEPTA?</p>	
54603	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	ID 615854 DEL LICITANTE DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LIBRE COMPETENCIA. SOLICITAMOS QUE NOS PERMITA PARTICIPAR CON VAPORIZADORES CONVENCIONALES NEUMÁTICOS CON SELECCIÓN MANUAL DEL % DE VOLUMEN DEL HALOGENADO ANESTESIADO, ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54604	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	ID 615854 DEL LICITANTE DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LIBRE COMPETENCIA. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

00000026



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REPUBLICANO Y DEFENSOR  
DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54605	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	615855 DEL LICITANTE DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LIBRE COMPETENCIA. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54606	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	615857 DEL LICITANTE DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LIBRE COMPETENCIA. SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON MONITORES DE UN RANGO DE 12 O 15 PULGADAS, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE QUE SE INCLUYA EL MONITOR ESCLAVO DE 21"
54607	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	616080 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGICA PARA LA SALUD MX SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LIBRE COMPETENCIA. SOLICITAMOS, QUE NOS PERMITA PARTICIPAR CON RANGO DESDE 0 CMH2O HASTA 50 CMH2O , ¿SE ACEPTA?	EN EL PUNTO 1.4.8 SE SOLICITA VALVULA DE DESCOMPRESION
54608	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	616080 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGICA PARA LA SALUD MX SA DE CV	SE SOLICITA HAMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LIBRE COMPETENCIA SOLICITAMOS QUE SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON FGF DE 500ML, ¿SE ACEPTA?	EN EL PUNTO 1.4.8 SE SOLICITA VALVULA DE DESCOMPRESION

00000027

20000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54609	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	617525 DEL LICITANTE DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LIBRE COMPETENCIA QUE PARA EL SISTEMA DE SUMINISTRO AUTOMATICO DE BAJO FLUJO DE GAS FRESCO NOS PERMITA PARTICIPAR QUE SEA AUTOMATICO O MANUAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54610	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	617525 DEL LICITANTE DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LIBRE COMPETENCIA SOLICITAMOS QUE SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON FGF DE 500ML, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54614	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 616552 LICITANTE: IMPULSO MEXICANO SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "RELACIÓN DE VELOCIDADES Y EVALUACIÓN DE VASOS, PERMEABILIDAD, COMPRESIBILIDAD, REFLUJO, TROMBO. CONTROLES DE LAS MEDIDAS DOPPLER AUTOMÁTICAS, ARTERIAL/VENOSO: SELECCIONA EL TIPO DE FLUJO QUE SE ESTÁ ANALIZANDO. EN EL PRIMER CASO, EL PERÍODO DE ANÁLISIS DE CADA MEDIDA CORRESPONDE AL CICLO CARDÍACO DETECTADO, LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE QUE PUEDE HACER TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION A OTRO DISPOSITIVO COMO UNA PC
54615	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 616562 LICITANTE: IMPULSO MEXICANO SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR CUBIERTAS ESTÉRILES PARA INTENSIFICADOR, TUBO Y ARCO (50 UNIDADES), ESTAS CUBIERTAS DISMINUYEN EL RIESGO DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, ASEGURAN LA ESTERILIDAD DEL ENTORNO QUIRÚRGICO, Y SON FÁCILES Y RÁPIDAS DE	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADO ELECTRÓNICO NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			USAR PARA EL PERSONAL. ADEMÁS, REDUCEN COSTOS Y TIEMPOS DE OPERACIÓN A LARGO PLAZO PARA EL HOSPITAL, CUMPLIENDO CON NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES. ¿SE ACEPTA?	
54616	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 616572 LICITANTE: IMPULSO MEXICANO SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR INTERCONSTRUIDO FIJO A LA MESA O AL SOPORTE DE DETECTOR, CON UNA PROTECCIÓN O RESISTENCIA AL AGUA IPX6 O MENOR, YA QUE UNA PROTECCIÓN IPX MENOR ES ADECUADA PARA EL ENTORNO EN EL QUE SE UTILIZARÁ EL EQUIPO, YA QUE NO SE ESPERA EXPOSICIÓN A CHORROS DE AGUA POTENTES. ADEMÁS, ESTA ESPECIFICACIÓN PERMITE UNA MAYOR FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO Y PUEDE REDUCIR COSTOS SIN COMPROMETER LA FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54617	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 616572 LICITANTE: IMPULSO MEXICANO SA DE CV	DERIVADO DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA TOMAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL DEBIDO DENTRO DE LA SALA DE ADQUISICION NO SE PRESENTAN PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE O EN LA SUPERFICIE DEL EQUIPO QUE PUEDAN LLEGAR A JUSTIFICAR ESTE REQUISITO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

00000000

00000029



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54618	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 616572 LICITANTE: IMPULSO MEXICANO SA DE CV	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR QUE SEA RESISTENTE AL AGUA CON UN FACTOR DE PROTECCION IP57 DEBIDO A QUE EN NINGUN MOMENTO EL DETECTOR SE VERA INMERSO EN AGUA A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE UN METRO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD
54619	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 616526 LICITANTE: IMPULSO MEXICANO SA DE CV	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PRESENTAR AL MENOS DOS INGENIEROS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LAS PARTIDAS OFERTADAS POR MI REPRESENTADA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA EMPRESA DECIDE CUANTOS INGENIERO (S) ASIGNA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACION DE LAS PARTIDAS QUE OFERTA, DEBIENDO CUMPLIR CON LO QUE SE SOLICITA EN EL NUMERAL 6.14 DE LA CONVOCATORIA
54621	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616292	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NO CONFIRME QUE SE DEBERÁ INCLUIR UN MÓDULO DE EEG (ELECTROENCEFALOGRAFÍA) POR CADA UNO DE LOS MONITORES SOLICITADOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y QUE DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR Y LA CENTRAL, PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD, EL ANÁLISIS COMPLETO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS Y ADEMÁS DEBERÁ SER INDEPENDIENTE AL MÓDULO DE BIS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION

00000000

000000030



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54622	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616295	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE EL MÓDULO DE ÍNDICE BIESPECTRAL DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO ES INDEPENDIENTE AL MÓDULO DE EEG Y SE DEBERÁ CONSIDERAR COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ ESTAR INTEGRADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	BIESPECTRAL Y EEG ES OBLIGATORIO JUNTO CON LOS CONSUMIBLES
54623	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616296	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE QUE SE DEBERÁ INCLUIR UN MÓDULO DE GASTO CARDÍACO POR CADA UNO DE LOS MONITORES SOLICITADOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y QUE DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR Y LA CENTRAL, PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD, EL ANÁLISIS COMPLETO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL MODULO DE GASTO CARDIACO ES OBLIGATORIO JUNTO CON LOS CONSUMIBLES
54624	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616297	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE QUE ESTE SE CONSIDERA COMO UNA OPCIÓN A FUTURO Y NO DEBERÁ SER CONSIDERARDO EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ESPIROMETRIA ES OPCIONAL, MAS PODRÁ OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000000

00000031



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54625	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616303	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE QUE LA CENTRAL DE MONITOREO DEBERÁ ESTAR CONECTADA A TRAVÉS DE FORMA ALÁMBRICA (ETHERNET) PARA QUE SE PUEDAN COMUNICAR ENTRE MONITORES O DEL MONITOR A LA CENTRAL O VICEVERSA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
54626	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616304	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERÁ RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DEL SWITCH, EL CABLE DE ETHERNET ASÍ COMO SU TENDIDO DEL MISMO Y TODA LA INSTALACIÓN DE RED. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SU REPRESENTADA DEBERA CONTEMPLAR LOS GASTOS DEL CABLEADO, SWITCH O LO QUE SE REQUIERA.
54627	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616306	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE SI LA UPS PARA LA CENTRAL DE MONITOREO DE AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO DEBERÁ SER GRADO MÉDICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54628	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616307	EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA CON ID 616295 EN DONDE EL MÓDULO DE ÍNDICE BIESPECTRAL DE LA MISMA MARCA QUE EL MONITOR ES UNA OPCIÓN A FUTURO QUE SE INSTALA EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES MÁS NO EN LA CENTRAL DE MONITOREO. POR FAVOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE LOS CONSUMIBLES PARA EL PUNTO 3.3 NOS SON REQUERIDO, PORQUE NO SE ESTÁ SOLICITANDO EL MÓDULO DE ÍNDICE	BIESPECTRAL ES OBLIGATORIO JUNTO CON LOS CONSUMIBLES  00000032



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			BIESPECTRAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
54629	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616312	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE QUE PARA EL PUNTO 4.1. SI EL PROVEEDOR LICITANTE ESEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ¿DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO? PARA EL PUNTO 4.2 SI EL DISTRIBUIDOR COMPRA DIRECTAMENTE AL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54630	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616322	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE SI LA UPS PARA LA CENTRAL DE MONITOREO DE AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO DEBERÁ SER GRADO MÉDICO A DIFERENCIA DE UNA UPS CONVENCIONAL QUE NO CUENTA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54631	HI-TEC MEDICAL SA DE CV 2,000,000	616325	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NO CONFIRME QUE SE DEBERÁ INCLUIR UN MÓDULO DE EEG (ELECTROENCEFALOGRAFÍA) POR CADA UNO DE LOS MONITORES SOLICITADOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y QUE	BIESPECTRAL Y EEG ES OBLIGATORIO JUNTO CON LOS CONSUMIBLES PARA CADA MONITOR 00000033



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL NAYAB

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			DEBERAN SER DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR Y LA CENTRAL, PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD, EL ANÁLISIS COMPLETO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS Y ADEMÁS DEBERÁ SER INDEPENDIENTE AL MÓDULO DE BIS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
54632	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616328	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE SU RESPUESTA Y QUE PARA ESTA PARTIDA 4 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS SE DEBERÁ INCLUIR UN MÓDULO DE ÍNDICE BIESPECTRAL POR MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA QUE EL MONITOR INCLUYENDO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.3 Y SER CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	BIESPECTRAL ES OBLIGATORIO JUNTO CON LOS CONSUMIBLES
54633	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616329	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE QUE SE DEBERÁ INCLUIR UN MÓDULO DE GASTO CARDIACO POR CADA UNO DE LOS MONITORES SOLICITADOS EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y QUE DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL MONITOR Y LA CENTRAL, PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD, EL ANÁLISIS COMPLETO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, GASTO CARDIACO POR MONITOR OBLIGATORIO

00000034



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54634	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616337	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERÁ RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DEL SWITCH, EL CABLE DE ETHERNET ASÍ COMO SU TENDIDO DEL MISMO Y TODA LA INSTALACIÓN DE RED. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SU REPRESENTADA DEBERA CONTEMPLAR LOS GASTOS DEL CABLEADO, SWITCH O LO QUE SE REQUIERA.
54635	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616339	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE SI LA UPS PARA LA CENTRAL DE MONITOREO DE AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO DEBERÁ SER GRADO MÉDICO, EN DONDE SERÁN CONECTADOS LOS 6 MONITORES PARA LA VISUALIZACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54636	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616340	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE SU RESPUESTA Y QUE PARA ESTA PARTIDA 4 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS SE DEBERÁ INCLUIR UN MÓDULO DE ÍNDICE BIESPECTRAL POR MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA QUE EL MONITOR INCLUYENDO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.3 Y SER CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	BIESPECTRAL ES OBLIGATORIO JUNTO CON LOS CONSUMIBLES

00000035

10000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54637	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	616344	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS RATIFIQUE QUE PARA EL PUNTO 4.1. SI EL PROVEEDOR LICITANTE ES EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ¿DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO? PARA EL PUNTO 4.2 SI EL DISTRIBUIDOR COMPRA DIRECTAMENTE AL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54638	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	617678	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICA ESCANEADA SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.4 DE LA CONVOCATORIA
54639	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	617681	DEBIDO A QUE ES UNA LICITACIÓN ELECTRONICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS ESCANEADOS . SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
54640	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	617722	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS QUE CONTENGAN LA PARTIDA OFERTADA Y A SU VEZ OTRAS PARTIDAS . SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 6.5.- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, DEL ANEXO TECNICO. <b>00000036</b>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54641	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615342	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS MEDIDAS DE 710 X 787 X 1900 MM (ANXPRXAL), REITERANDO QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS NO LIMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ES ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.2
54642	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615345	DEBEMOS DE ENTENDER, QUE, SE REQUIERE UN EQUIPO DE DOS PUERTAS DESLIZANTES AUTOMÁTICAS Y QUE SE MANTENGAN BLOQUEADAS DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y NO PUEDAN ABRIRSE HASTA QUE SE CUMPLA DICHO CICLO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDEN OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54643	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615355	RESPUESTA A LA PREGUNTA 615355, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFRECER MÁS OPCIONES A LA CONVOCANTE YA QUE ESTE CAMBIO EN EL RANGO DE ROTACIÓN DEL BRAZO NO LIMITA EL USO CLÍNICO, ¿SE ACEPTA?	ESTA MAL REFERENCIADA SU PREGUNTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54644	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615363	RESPUESTA A LA PREGUNTA 615363, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFRECER MÁS OPCIONES A LA CONVOCANTE YA QUE ESTE CAMBIO EN EL RANGO DE ROTACIÓN DEL BRAZO NO LIMITA EL USO CLÍNICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

00000000

00000037



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54645	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615372	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN EL ENTENDIDO DE QUE AL ESTAR INTEGRADO EL DETECTOR AL EQUIPO INTERNAMENTE SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE PROTEGIDO DEL POLVO Y SALPICADURAS, RECONSIDERE SU RESPUESTA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54646	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615383	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA DE AJUSTAR LA ROTACIÓN EN LA COLUMNA DE $\pm 320^\circ$ , LO CUAL GARANTIZA QUE EL MOVIMIENTO NECESARIO PARA REALIZAR LAS TOMAS REQUERIDAS EN EL ENTORNO CLÍNICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54647	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615312	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CONSIDERANDO QUE EL ÁREA SE VA A ADECUAR CON RESPECTO A LA GUÍA MECÁNICA DEL EQUIPO, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DIMENCIONES 69X70X196 CM, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DIMENSIONES DE LA CAMARA.
54648	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615313	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CONSIDERANDO QUE EL ÁREA SE VA A ADECUAR CON RESPECTO A LA GUÍA MECÁNICA DEL EQUIPO, NOS PERMITA REFERENCIAR LAS DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES DE NUESTRO EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DEL +/- 10%

00000000

00000038



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54649	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615317	DEBEREMOS ENTENDER QUE EL COSTO DE LAS ADECUACIONES QUE IMPACTAN AL LICITANTE Y NO A LA UNIDAD HOSPITALARIA SE DEBERÁN ESTABLECER INDEPENDIENTE AL COSTO DEL EQUIPO, ESTABLECIENDO ESTAS EN LA CARTA 6.11.- ADECUACIONES DE ÁREA PRESUPUESTADAS, MISMAS QUE SE INTEGRARÁN EN EL ANEXO 19, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS ADECUACIONES CORRERÁN POR LA UNIDAD HOSPITALARIA
54650	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615322	PUNTO 1.12, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE NUESTRA MARCA, ¿ SE ACEPTA?	PARA EL PUNTO 1.12 SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA
54651	EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	615383	RESPECTUOSAMENTE SOLICITAMOS QUE CONSIDEREN LA ACEPTACIÓN DE UNA CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE +/-90. ESTA MODIFICACIÓN NO COMPROMETERÁ LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI SU CAPACIDAD PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS, DADO QUE UN RANGO DE ROTACIÓN DE +/-90° ES SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS EN LA MAYORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS, GARANTIZANDO ASÍ QUE EL EQUIPO PUEDA OPERAR EFICAZMENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

20000000

00000039



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54652	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616040 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y DEBIDO A QUE LA PROPUESTA NO ES INFERIOR NI AFECTA LA CALIDAD Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CARGADOR DE LA MISMA MARCA DE LA BATERÍA RECARGABLE, LO QUE GARANTIZA LA COMPATIBILIDAD Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LA CARGA, ASEGURANDO EL EMPLEO ADECUADO Y SEGURO DEL LARINGOSCOSCOPIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54653	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616045 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR CABLE TRONCAL EN CONJUNTO CON EL CABLE DE PACIENTES DE 4 PUNTAS, AMBOS EN UNA PIEZA, LA PROPUESTA NO DELIMITA LA FUNCIONALIDAD AMPLIA Y CORRECTA DEL EQUIPO, YA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA UNA AMPLIA MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE ECG PARA LA REANIMACIÓN DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54654	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616046 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR CABLE DE PACIENTE DE 4 PUNTAS, YA QUE PERMITE DE MANERA EFICAZ Y COMPLETA UNA MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS CONTINUO DEL ECG, ADEMÁS DE QUE NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO EN EL ENTENDIDO QUE PERMITEN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN AMPLIA Y NECESARIA PARA EL ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS, EVENTOS CARDIACOS Y EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ADICIONAL, CUENTA CON SU PROPIO CABLE ADAPTADOR, PERMITIENDO QUE NO SE	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			EXTRAVÍE EL CABLE PARA SU USO EN LA MONITORIZACIÓN DEL ECG Y EVITAR QUE QUEDE INHABILITADO EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	
54655	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616047 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR CABLE DE PACIENTE DE 4 PUNTAS, YA QUE PERMITE DE MANERA EFICAZ Y COMPLETA UNA MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS CONTINUO DEL ECG, ADEMÁS DE QUE NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO EN EL ENTENDIDO QUE PERMITEN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN AMPLIA Y NECESARIA PARA EL ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS, EVENTOS CARDÍACOS Y EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ADICIONAL, CUENTA CON SU PROPIO CABLE ADAPTADOR, PERMITIENDO QUE NO SE EXTRAVÍE EL CABLE PARA SU USO EN LA MONITORIZACIÓN DEL ECG Y EVITAR QUE QUEDE INHABILITADO EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54656	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616050 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE OBTENER UNA RELACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL FLUIDA Y SIN RETRASOS RESPECTO AL FILTRO BAJO, SE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 48KHZ, ESTO DEBIDO A QUE LA FRECUENCIA OFERTADA PUEDE CAPTAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ESTUDIO AL CUMPLIR CON EL RANGO Y LOS BITS NECESARIOS, PARA UN PROCESAMIENTO CONTINUO	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			DE LAS SEÑALES; YA QUE ESTO NO DEPENDE DEL +/- 10 % QUE PERMITE LA CONVOCANTE DEBIDO A QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA LAS MUESTRAS POR SEGUNDO QUE SE REQUIERE PARA LA OBTENCIÓN DE UNA BUENA CALIDAD DE LA SEÑAL. ¿SE ACEPTA?	
54657	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616052 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA PARA OFERTAR UNA TEMPERATURA REGULABLE DE 3500 A 5500 GRADOS KELVIN, YA QUE AL ALCANZAR TEMPERATURAS DE HASTA 5500 GRADOS KELVIN, SE LOGRA UNA LUZ BLANCA QUE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR Y EL CONTRASTE, LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DELICADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54658	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616059 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA PARA OFERTAR UNA LÁMPARA LED MULTICOLOR QUE COMBINA UN 50% DE LEDS AMARILLOS, PROPORCIONANDO LUZ BLANCA CÁLIDA, Y UN 50% DE LEDS BLANCOS, QUE OFRECEN LUZ BLANCA FRÍA. ESTA COMBINACIÓN PERMITE REGULAR LA TEMPERATURA DE COLOR ENTRE 3500 Y 5500 GRADOS KELVIN, LO CUAL ES CRUCIAL EN ENTORNOS QUIRÚRGICOS. LA CAPACIDAD DE AJUSTAR LA TEMPERATURA DE COLOR NO SOLO MEJORA LA PERCEPCIÓN DEL COLOR, CON UN ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) DE 96%, SINO QUE TAMBIÉN OPTIMIZA LA VISIBILIDAD DE LOS TEJIDOS Y ESTRUCTURAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA  00000042



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54659	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616063 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA PARA OFERTAR UNA LÁMPARA MULTICOLOR QUE BRINDA UNA TEMPERATURA AJUSTABLE DE 3500 A 5500 GRADOS KELVIN, CUMPLIENDO CON LA ESPECIFICACIÓN "LUZ ULTRABLANCA" YA QUE AL ALCANZAR TEMPERATURAS DE HASTA 5500 GRADOS KELVIN, SE LOGRA UNA LUZ BLANCA QUE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR Y EL CONTRASTE, LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DELICADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54660	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616067 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA PARA OFERTAR CABEZAL DE ALTA GAMA CON LEDS QUE BRINDAN UNA TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE DE HASTA 5500 GRADOS KELVIN, CUMPLIENDO CON LA ESPECIFICACIÓN "ULTRABLANCO" AL OFERTAR ESTA TECNOLOGÍA OFRECEN VENTAJAS SIGNIFICATIVAS EN LA REDUCCIÓN DE SOMBRAS, PERMITIENDO UNA ILUMINACION MAS UNIFORME Y CONSISTENTE EN EL CAMPO QUIRURGICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54661	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV 00000000	DE LA PREGUNTA CON ID 616068 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA PARA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, QUE CONSISTE EN UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA MULTICOR. ESTA LÁMPARA COMBINA LEDS AMARILLOS (LUZ BLANCA CÁLIDA) Y LEDS BLANCOS (LUZ BLANCA FRÍA), DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE UN TOTAL DE 54 LEDS MULTICOLOR. CONSIDERANDO QUE SU DISEÑO Y NUMERO DE LEDS NO SOLO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	NO SE ACEPTA 00000043



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			REQUERIDAS EN TÉRMINOS DE ENERGÍA RADIANTE E ILUMINACIÓN CENTRAL, SINO QUE TAMBIÉN PROPORCIONA UNA VERSATILIDAD EXCEPCIONAL AL PERMITIR LA REGULACIÓN DE TEMPERATURA DE COLOR ENTRE 3500 Y 5500 GRADOS KELVIN. ESTA CAPACIDAD DE AJUSTE ES FUNDAMENTAL PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES LUMÍNICAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, YA QUE PERMITE ADAPTAR LA ILUMINACIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL ENTORNO OPERATIVO, MEJORANDO ASÍ LA VISIBILIDAD Y EL CONTRASTE. ¿SE ACEPTA?	
54662	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616072 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA PARA OFERTAR BOTÓN PARA SELECCIÓN DE COLOR DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL CON UNA REGULACIÓN DE LA ILUMINACIÓN CENTRAL DE 3000 A 5000 LUXES. LA CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES COLORES DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL CONTRIBUYE A CREAR UN ENTORNO MÁS ADECUADO Y CÓMODO DURANTE INTERVENCIONES MÍNIMAMENTE INVASIVAS, MEJORANDO ASÍ LA VISIBILIDAD Y EL ENFOQUE EN LOS DETALLES CRÍTICOS. ADEMÁS, ESTA ILUMINACIÓN DE FONDO DIFUSA ES ESENCIAL PARA REDUCIR EL CONTRASTE EXCESIVO Y MINIMIZAR LA FATIGA VISUAL TANTO PARA EL PERSONAL MÉDICO COMO PARA LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

00000000

00000044



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,  
REVOLOCACIONADO Y DEFENSOR  
DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54663	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616076 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR MANÓMETROS NEUMÁTICOS, ESTO BRINDA LA VENTAJA DE PODER OFRECER AL USUARIO EL CONTROL DE PRESIÓN REQUERIDO PARA CADA PROCEDIMIENTO, DE MANERA MANUAL O AUTOMÁTICA QUE SE REQUIERA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54664	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616077 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE LA ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO SEA DE UNA SOLA INTENSIDAD, ESTO PARA PODER PROPORCIONARLE AL USUARIO UNA VISIBILIDAD ESTABLE EN LA PREPARACIÓN DEL MATERIAL, Y PUEDE ALTERAR EL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO YA QUE NO TENDRÍA UNA ILUMINACIÓN FIJA Y TENDRÍA MÁS POSIBILIDAD DE DAÑO POR LA VARIACIÓN DE CORRIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54665	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616078 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR FLUJÓMETROS NEUMÁTICOS YA QUE LA PERMITEN UNA MAYOR PROTECCIÓN ANTE PICOS O CAÍDA DE TENSIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, EVITANDO LA DESCALIBRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DIGITAL COMO EN EL CASO DE LOS FLUJÓMETROS DIGITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

00000000

00000045



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54666	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616086 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VAPORIZADORES DE CONTROL NEUMÁTICO ESTO PERMITE UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE AGENTE ANESTÉSICO PARA LA MEDICIÓN Y PARA EL SUMINISTRO, ASÍ MISMO LA CANTIDAD DE AGENTE ANESTÉSICO ES VISUALIZADO EN LA PANTALLA DE LA MÁQUINA, ESTO PERMITE UN DOBLE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ESTE MISMO. DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54667	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 616087 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN EQUIPO DE ALTA ESPECIALIDAD QUE ESTA FIJO EN EL QUIRÓFANO; Y NO ES UN EQUIPO DE MONITOREO QUE SE UTILICE EN PERIODOS EXTENSOS Y QUE ESTE EN CONTACTO CON EL PACIENTE DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54668	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 615992	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, CONSIDERANDO LA REDUCCIÓN DEL ESPACIO REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ESTERILIZADORES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54669	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV 730000000	PREGUNTA 615996	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON LA CAPACIDAD QUE TIENE EL EQUIPO OFERTADO POR MI REPRESENTADA PARA QUE EL USUARIO PUEDA CONFIGURAR SUS PROPIOS CICLOS, POR LO QUE PUEDE CONFIGURAR SU CICLO DE LÍQUIDO, CON LO QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA 00000046



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54670	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA NO. 617678 DEL LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SA DE CV	DEBIDO A QUE ES UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CARTA DE APOYO SOLICITADA EN EL NUMERAL 6.4 DEL ANEXO TÉCNICO SE ACEPTE CON FIRMA DIGITAL DEL APODERADO LEGAL DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. ¿SE ACEPTA?	DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54671	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA NO. 617681 DEL LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA INTEGRAR LOS CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DIGITAL EMITIDOS POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SIN INCLUIR EL CORREO ELECTRÓNICO, YA QUE DICHS CERTIFICADOS SON EMITIDOS POR PLATAFORMAS DEL PROPIO FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ANEXE UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN LA CUAL MANIFIESTE LA AUTENTICIDAD DE LOS CERTIFICADOS O DIPLOMAS, PRESENTADOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION.
54672	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA NO. 617324 DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 617324 PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. DE ACUERDO A LA POTENCIA SOLICITADA DEL EQUIPO Y LOS PARAMETROS SOLICITADOS PARA LAS TECNICAS RADIOGRAFICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DE POR LO MENOS 140 KHU EL CUAL ES VALOR SUFICIENTE PARA LA CARGA DE TRABAJO CONTINUA ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54673	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA NO. 617600 DEL LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SA DE CV	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 617600 PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPIA DIGITAL CON TELEMANDO CON LA FINALIDAD DE ABARCAR LA MAYORIA DE LAS TECNICAS Y TIPOS DE PACIENTE DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON RANGO DE KV DE 40 KV	ES CORRECTO  00000047



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			A 150 KV O MAYOR ¿ES CORRECTO?	
54674	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA NO. 617601 DEL LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SA DE CV	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 617601 PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPIA DIGITAL CON TELEMANDO. DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERA OFERTAR MESA CON CAPACIDAD DE SEPORTE DE PESO DE PACIENTE DE 180 KG O MAYOR ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
54675	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA NO. 617596 DEL LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SA DE CV	PUNTO 1.1.1. - NUESTRO GENERADOR DE 20 KW, CUMPLE Y EXCEDE TÉCNICAMENTE LOS PUNTOS; 1.1.2. - 1.1.3. - 1.1.4 - 1.2.1; EL CUAL LO HACE APTO PARA LOS REQUERIMIENTOS CLÍNICOS DEL CENTRO; POR LO TANTO REITERAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA POTENCIA DE ESTE GENERADOR ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA CON UNA TOLERANCIA DEL ±10%
54678	BIODIST S.A. DE C.V.	ID PREGUNTA 617975	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6.20 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SOLICITAN ENTREGAR EN CASO DE SER ADJUDICADO, LA CANTIDAD DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DESCRITOS EN EL ANEXO 1.2 "FICHA TÉCNICA", LOS CUALES DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO ASI COMO DE LA MISMA MARCA MUCHAS DE LAS VECES LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SUELEN NO SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, POR LO QUE SOLICITO SE PERMITA ENTREGAR LOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE LA MARCA OFERTADA PARA ELLOS MISMOS EN CADA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	EN EL ANEXO TECNICO NUMERAL 6.20 NO SE SOLICITO QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SEAN DE LA MISMA MARCA

00000048

00000000



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-88-017-90907975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54679	BIODIST S.A. DE C.V.	PREGUNTA 617980, PÁGINA 101.	"1.7.7.- RANGO DE VELOCIDAD DEL ÁNODO DE 8,520 RPM A 9,500 RPM O MAYOR. " APLICABLE PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA COMO LA PARTIDA "53. MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS."  ENTENDEMOS QUE ES VALIDO REFERENCIAR LA EQUIVALENCIA DE ROTACIÓN EN HZ, ES DECIR 180HZ = 10,800 RPM EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	PODRA REFERENCIAR SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA EN LA PROPUESTA TECNICA
54680	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	ID DE LA PREGUNTA 615461 LICITANTE VE+ S.A.P.I. DE C.V.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN RECONSIDERE LA RESOLUCIÓN OTORGADA Y ACEPTE LA ENTREGA DE CARTA POR PARTE DE AFIANZADORA MANIFESTANDO QUE LA FIANZA DEL CONTRATO HA SIDO CANCELADA Y QUE HASTA EL MOMENTO NO SE A RECIBIDO RECLAMACIÓN ALGUNA, LO CUAL COMPRUEBA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A DICHO CONTRATO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE EL NÚMERO DE CONTRATO QUE SE HAYA CELEBRADO DIRECTAMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
54681	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	ID DE LA PREGUNTA 615461 LICITANTE VE+ S.A.P.I. DE C.V.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS ACEPTE LA ENTREGA DE FACTURAS SELLADAS Y DOCUMENTOS QUE AMPARAN EL CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ¿ SE ACEPTA?	LA RESPUESTA FUE POSITIVA
54682	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	ID DE LA PREGUNTA 615461 LICITANTE VE+ S.A.P.I. DE C.V.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO CARTA POR PARTE DE LA AFIANZADORA, ACOMPAÑADA CON FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE EL NÚMERO DE CONTRATO QUE SE HAYA CELEBRADO DIRECTAMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  00000049



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024

Felipe Carrillo  
PUERTO

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54683	INELBIO SA DE CV	TIPO DE ACLARACIÓN: ADMINISTRATIVA SECCIÓN: GENERAL	LA CONVOCANTE PUBLICA EL PROCEDIMIENTO CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y EFICIENTES TIEMPOS DE ENTREGA, SE SOLICITA QUE EL PROCEDIMIENTO SEA LICITACIÓN INTERNACIONAL ABIERTA, ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓNES I Y VI "LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORANEAS, DEBIENDOSE INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO, ASIMISMO SE INFORMÓ EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET PARA ESTE PROCEDIMIENTO, ESPECIFICAMENTE "NUMERAL IX. SE HABILITARÁ UN PERÍODO DE 6 HORAS PARA LA ETAPA DE REPREGUNTAS RELACIONADAS A LA ACLARACIONES DE LA PRESENTE JUNTA". POR LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE NO ESTA OBLIGADA A RESPONDER LA PREGUNTA FORMULADA
54684	AUG SA DE CV	617214	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, DEBIDO A QUE EL ACTUAL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS NO EXPIDE UNA CONSTANCIA Y POR ESO SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR UNA CAPTURA DE PANTALLA DE DICHO MÓDULO DONDE SE OBSERVE QUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA INSCRITA. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE: SE ACEPTA, POR LO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LOS LICITANTES, DEBERÁN ENTREGAR PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL ALTA EN EL MÓDULO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
54685	AUG SA DE CV	617226	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, DEBIDO A QUE EN ESTOS TIPOS DE CONTRATOS TAMBIÉN SE PRESENTAN Y ENTREGAN EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y CON ESTO PODEMOS ACREDITAR NUESTRAS EXPERIENCIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

10000000

00000050



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54686	AUG SA DE CV	617227	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERÉ SU RESPUESTA, YA QUE AL PERMITIRNOS PRESENTAR UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y/O FACTURAS RELACIONADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PODEMOS ACREDITAR NUESTRA EXPERIENCIA YA QUE EN ESTOS SERVICIOS TAMBIÉN SE PRESENTAN Y ENTREGAN EQUIPOS DE CARÁCTERISTICAS SIMILARES A LOS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA? ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54687	AUG SA DE CV	617227	SOLICITAMOS RECONSIDERÉ SU RESPUESTA Y NOS PERMITA PRESENTAR UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA CON UNA ANTIGÜEDAD DE HASTA 10 AÑOS DONDE SE DESCRIBAN BIENES CON CARÁCTERISTICAS SIMILARES A LAS PARTIDAS QUE SE OFERTAN, YA QUE CON ESTE TIPO DE CONTRATOS PODEMOS ACREDITAR NUESTRA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EN LA ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54688	AUG SA DE CV	617227	SOLICITAMOS RECONSIDERÉ SU REPUESTA Y NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA O UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO Y/O PEDIDO Y/O FACTURA CON UNA ANTIGÜEDAD DE HASTA 10 AÑOS, RELACIONDA A CONTRATOS DONDE MI REPRESENTADA HAYA PRESENTADO Y ENTREGADO EQUIPOS MÉDICOS DE CARÁCTERISTACAS SIMILARES A LAS SOLICITADAS EN ESTA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA  00000051



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024

Felipe Carrillo PUERTO

SECRETARÍA DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSA DEL TRABAJO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54689	AUG SA DE CV	617230	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE CANCELACIÓN Y/O LIBERACIÓN EMITADA POR LA AFIANZADORA EN DONDE SE INDIQUE QUE NO HA EXISTIDO RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL INSTITUTO, YA QUE CON ESTA CARTA PODEMOS DEMOSTRAR QUE NO HEMOS INCURRIDO EN NUNGA FALTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE EL NÚMERO DE CONTRATO QUE SE HAYA CELEBRADO DIRECTAMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
54690	AUG SA DE CV	617237	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE RECONSIDERAR NUEVAMENTE LA PETICIÓN, PUESTO QUE LA ÚNICA FUNCIÓN QUE SOLICITAN ES EL REGISTRO DE LAS TEMPERATURAS Y EL REGISTRADOR LO PUEDE REALIZAR DE LA MISMA MANERA QUE EL TERMOGRAFICADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54691	AUG SA DE CV	617239	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE RECONSIDERAR NUEVAMENTE LA PETICIÓN, PUESTO QUE REVESTIMIENTO QUE SOLICITAN, POR LA HUMEDAD GENERADA POR EL MISMO TIENDE A DAÑARSE AL POCO TIEMPO, SIN EMBARGO EL ACERO INOXIDABLE TIENE MENOR PERMEABILIDAD ANTE ESAS CONDICIONES DE TRABAJO QUE LO SOLICITAN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54692	AUG SA DE CV	617241	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE RECONSIDERAR NUEVAMENTE LA PETICIÓN, REFERENTE A LA ACEPTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 LA CUAL REPRESENTA QUE TODO LOS PROCESOS DE CALIDAD HAN SIDO APROBADOS CORRECTAMENTE, SIN EMBARGO LA NORMA QUE USTEDES HACEN MENCIÓN ES PARA EQUIPO MÉDICO, LA CUAL AL SER UN REFRIGERADOR NO SE CLASIFICA COMO EQUIPO MÉDICO NI DE ALTA NI BAJA	NO SE ACEPTA  00000052



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			ESPECIALIDAD, POR LO CUAL NO LO REQUIERE. ¿SE ACEPTA?	
54693	AUG SA DE CV	617243	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE RECONSIDERAR NUEVAMENTE LA PETICIÓN, PUESTO QUE LA CENTRAL DE MONITOREO ES UN SISTEMA INDEPENDIENTE AL EQUIPO, POR LO CUAL ENCARECERÍA LA PROPUESTA Y SE TENDRÍA QUE IMPLEMENTAR VARIOS MODULOS EN EL EQUIPO JUNTO CON UN SOFTWARE QUE SEA COMPATIBLE CON SU CENTRAL DE MONITOREO ¿SE ACEPTA? DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA, ME PODRÍAN PROPORCIONAR QUE CENTRAL DE MONITOREO CUENTAN PARA ASÍ PODER SABER QUE MODULOS Y SOFTWARE SON COMPATIBLES CON SU UNIDAD.	EN LA FICHA TECNICA NO SE SOLICITA CENTRAL DE MONITOREO INDEPENDIENTE
54694	AUG SA DE CV	617244	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE RECONSIDERAR NUEVAMENTE LA PETICIÓN, A MANERA QUE SEA OPCIONAL LA BATERÍA, YA QUE UN REFRIGERADOR CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE REQUIERE, NO TODAS LAS MARCAS DEL MERCADO CUENTAN CON ELLA, DEJANDO A UN LADO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ADEMÁS DE FAVORECER A CIERTOS FABRICANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54695	AUG SA DE CV	617245	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE RECONSIDERAR NUEVAMENTE LA PETICIÓN, PUESTO QUE REVESTIMIENTO QUE SOLICITAN, POR LA HUMEDAD GENERADA POR EL MISMO TIENDE A DAÑARSE AL POCO TIEMPO, SIN EMBARGO EL ACERO INOXIDABLE TIENE MENOR PERMEABILIDAD ANTE ESAS CONDICIONES DE TRABAJO QUE LO SOLICITAN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA  00000053



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54696	AUG SA DE CV	617246	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE RECONSIDERAR NUEVAMENTE LA PETICIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN ENTREPAÑO DE ALAMBRO TROPICALIZADO, ESTO CON EL FIN DE OFRECERLE UN ENTREPAÑO CON MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD ANTE LAS CONDICIONES DE CONSTANTE HUMEDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54697	AUG SA DE CV	617248	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE RECONSIDERAR NUEVAMENTE LA PETICIÓN, REFERENTE A LA ACEPTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 LA CUAL REPRESENTA QUE TODO LOS PROCESOS DE CALIDAD HAN SIDO APROBADOS CORRECTAMENTE, SIN EMBARGO LA NORMA QUE USTEDES HACEN MENCIÓN ES PARA EQUIPO MÉDICO, LA CUAL AL SER UN REFRIGERADOR NO SE CLASIFICA COMO EQUIPO MÉDICO NI DE ALTA NI BAJA ESPECIALIDAD, POR LO CUAL NO LO REQUIERE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54698	AUG SA DE CV	617249	SE LE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE RECONSIDERAR NUEVAMENTE LA PETICIÓN Y NOS PERMITA PRESENTAR LA CARTA EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL, LA CUAL AVALA QUE LOS DOCUMENTOS SE INGRESARON EN TIEMPO Y FORMA, Y SE ENCUENTRA TRÁMITE LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTO CON EL FIN DE PODER DAR MAYOR OPORTUNIDAD SIN BENEFICIAR A LAS GRANDES EMPRESAS CON MULTIPLES CONTRATOS ADEMÁS DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DAR OPORTUNIDAD A LAS MIPYMES. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE EL NÚMERO DE CONTRATO QUE SE HAYA CELEBRADO DIRECTAMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  00000054



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-88-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024

Felipe Carrillo  
PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEMOCRÁTICO  
DEL MEXICO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54699	AUG SA DE CV	617232	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERÉ SU RESPUESTA Y NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA Y/O CONSTANCIA LABORAL FIRMADA POR MI REPRESENTADA EN DONDE SE MENCIONE QUE EL PERSONAL PROPUESTO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO YA QUE EL PERSONAL PERTENECE AL LICITANTE Y EXISTEN DEPENDENCIAS QUE SE NIEGAN A EXPEDIR DICHAS CARTAS O CONSTANCIAS PARA EL PERSONAL PARA NO GENERAR VINCULO ALGUNO CON EL TRABAJADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54700	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ID 617333 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PARTIDA 36 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA  PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617333 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO: 20 KILOS DE PARAFINA SUMINISTRADA CON UN PUNTO DE FUSIÓN DE 56° C EN PEQUEÑOS GRÁNULOS CON LA FINALIDAD DE SER USADA COMO MEDIO DE PROCESAMIENTO Y FORMACIÓN DE BLOQUES. INDICANDO DE ESTA MANERA QUE ES APTA PARA EMPLEARSE EN EQUIPOS HISTOLÓGICOS AUTOMATIZADOS DENTRO DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMAS PARTICIPANTES  00000055



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54701	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ID 617336 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	<p>PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO</p> <p>PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617336 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO DE 490L YA QUE ENTENDEMOS QUE 440 + 10% SERÍA 484 L, POR LO TANTO, OFRECER 490 LITROS EN DONDE SOLO HABRÍA UNA DIFERENCIA DE 6 LITROS LO CUAL ES UNA CARACTERÍSTICA IMPERCEPTIBLE Y NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA
54702	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615720 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV	<p>AMABLEMENTE DESEAMOS ACLARARLE A LA CONVOCANTE QUE LO QUE SOLICITAMOS EN ESTE PUNTO HACE REFERENCIA ÚNICA Y ESPECÍFICAMENTE AL SIGUIENTE TEXTO : "MEMORIA INTERNA PARA IMÁGENES", HACIENDO REFERENCIA A QUE EL DETECTOR POR SÍ MISMO NO TIENE LA CAPACIDAD DE ALMACENAR LAS IMAGENES ADQUIRIDAS, PARA ESTO EL SISTEMA CUENTA CON UNA COMPUTADORA INTERNA QUE SE ENCARGA DE ALMACENAR LA IMAGEN ENVIADA Y ADQUIRIDA POR EL DETECTOR, POR LO QUE ESTE TÉRMINO DEBERÍA ESTAR ASOCIADO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES DEL SISTEMA Y NO AL DETECTOR COMO TAL. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 8,000 IMÁGENES O SUPERIOR</p>	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			DENTRO DE NUESTRA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN. ¿SE ACEPTA?	
54703	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615721 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV	DEBEMOS ENTENDER POR LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE QUE SERÁ VÁLIDO OFERTAR UN CONTROL DE DISPARO ALÁMBRICO CON UNA CAPACIDAD DE ALCANCE DE 5M. CON EL CUAL PUEDE HACERSE UNA EXPOSICIÓN A ESTA DISTANCIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54704	MEDIXSA SA DE CV	ID 615461 DE LA EMPRESA VE+S.A.P.I DE C.V.	ID 615461 DE LA EMPRESA VE+S.A.P.I DE C.V. PREGUNTA; AL NO ACEPTAR QUE SE PRESENTEN COMO OPCIÓN, CARTAS DE LAS AFIANZADORAS DONDE ESTAS MANIFIESTEN QUE LA FIANZA DE CONTRATO Y/O PEDIDO NO HAN SIDO MOTIVO DE RECLAMO, LIMITA EN GRAN MEDIDA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LAS DIVERSAS CASAS COMERCIALES QUE HOY NOS PRESENTAMOS COMO POSIBLES LICITANTES CONTAMOS CON CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EL PERIODO DEL 2021 A LA FECHA ANTE EL IMSS, ISSSTE, SEDENA, IMSS BIENESTAR (ANTES INSABI) POR MENCIONAR ALGUNAS, QUE DEMUESTRAN NUESTRA EXPERIENCIA EN LA VENTA DE LOS EQUIPOS QUE PRETENDEMOS OFERTAR, SIN EMBARGO LAS GARANTÍAS A LAS CUALES ESTAMOS OBLIGADOS DE DOS A TRES AÑOS Y EN ALGUNAS OCASIONES HASTA 4 AÑOS, NOS LIMITA EN CUANTO A PODER LIBERAR LAS FIANZAS QUE SIRVIERON DE GARANTÍA PARA ESTOS CONTRATOS. POR LO QUE ENTIENDASE QUE UNA AFIANZADORA MANIFIESTE "QUE LAS FIANZAS NO HA SIDO MOTIVO DE RECLAMO" SIGNIFICA QUE A LA FECHA, LA EMPRESA HA CUMPLIDO CON LOS	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE EL NÚMERO DE CONTRATO QUE SE HAYA CELEBRADO DIRECTAMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  00000057



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>COMPROMISOS CONTRAIDOS Y QUE POR LO TANTO SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS ALCANCES DEL NUMERAL 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SEÑADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p> <p>POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE COMO OPCION, CARTAS DE LAS AFIANZADORA DONDE MANIFIESTE QUE LA(S) FIANZA(S) QUE SOPORTAN LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTAN, NO HA(N) SIDO MOTIVO DE RECLAMO. ¿SE ACEPTA?</p>	
54705	MEDIXSA SA DE CV	ID 616521 DE LA EMPRESA IMPULSO MEXICANO SA DE CV	<p>ID 616521 DE LA EMPRESA IMPULSO MEXICANO SA DE CV</p> <p>SOLICITAMOS NOS CONFIRME QUE AL ACEPTAR CONTRATOS Y /O PEDIDOS Y/O FACTURAS, DE EQUIPOS EN GENERAL, ESTOS SOLO APLICARÁN A EQUIPOS EN GENERAL Y NO A EQUIPOS O SISTEMAS DE ALATA ESPECIALIDAD, COMO EN EL CASO DE LOS REQUERIDOS EN LAS PARTIDAS DE EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA COMO LA PARTIDA 14,28,29,53, 54 Y 55 O EN SU CASO DE PATOLOGIA COMO SON 38 Y 41 YA QUE EL NIVEL DE ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA ES MAYOR QUE LOS DEMÁS EQUIPOS Y NO PUEDEN SER COMPARADOS CON EQUIPOS EN GENERAL. ¿ES CORRECTO?</p>	NO ES CORRECTO
54706	MEDIXSA SA DE CV	ID 616522 DE LA EMPRESA IMPULSO MEXICANO SA DE CV.	<p>ID 616522 DE LA EMPRESA IMPULSO MEXICANO SA DE CV.</p> <p>SOLICITAMOS SE RE EVALUE LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR CONTRATOS RELACIONADO A SERVICIOS INTEGRALES O SUBROGADOS, YA QUE EN LOS MISMOS PODEMOS ENCONTRAR LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS YA SEA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS MISMOS EQUIPOS QUE EN</p>	NO SE ACEPTA  00000058



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			SU CASO SE PRESUME OFERTAR, QUE SON ASPECTOS A LOS QUE SE ESTARIA SUJETOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?	
54707	MEDIXSA SA DE CV	ID 616523 DE LA EMPRESA IMPULSO MEXICANO SA DE CV.	ID 616523 DE LA EMPRESA IMPULSO MEXICANO SA DE CV. SOLICITAMOS SE RECONSIDERE LA PRESENTACIÓN DE CARTAS DE LIBERACIÓN DE FIANZAS Y/O PEDIDO Y O CARTA DE CUMPLIMIENTO Y/O ACTAS DE ENTREGA RECEPCION ASI COMO DE INSTALACIÓN, Y SU CAPACITACIÓN YA QUE LAS TRES DEMUESTRAN EL CUMPLIMIENTO DEL LICITANTE ANTE EL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54708	MEDIXSA SA DE CV	ID 616524 DE LA EMPRESA IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID 616524 DE LA EMPRESA IMPULSO MEXICANO SA DE CV SOLICITAMOS SE ACEPTE COMO OPCION PRESENTAR CONTRATOS Y/O PEDIDOS Y /O FACTURAS CELEBRADOS CON ASEGURADORAS CUYOS BIENES ADQUIERIDOS FUERON INSTALADOS EN INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS O PRIVADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54709	MEDIXSA SA DE CV	ID 617454 DE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	ID 617454 DE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV PREGUNTA; AL NO ACEPTAR QUE SE PRESENTEN COMO OPCIÓN, CARTAS DE LAS AFIANZADORAS DONDE ESTAS MANIFIESTEN QUE LA FIANZA DE CONTRATO Y/O PEDIDO NO HAN SIDO MOTIVO DE RECLAMO, LIMITA EN GRAN MEDIDA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LAS DIVERSAS CASAS COMERCIALES QUE HOY NOS PRESENTAMOS COMO POSIBLES LICITANTES	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE EL NÚMERO DE CONTRATO QUE SE HAYA CELEBRADO DIRECTAMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  00000059



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>CONTAMOS CON CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EL PERIODO DEL 2021 A LA FECHA ANTE EL IMSS, ISSSTE, SEDENA, IMSS BIENESTAR (ANTES INSABI) POR MENCIONAR ALGUNAS, QUE DEMUESTRAN NUESTRA EXPERIENCIA EN LA VENTA DE LOS EQUIPOS QUE PRETENDEMOS OFERTAR, SIN EMBARGO LAS GARANTÍAS A LAS CUALES ESTAMOS OBLIGADOS DE DOS A TRES AÑOS Y EN ALGUNAS OCASIONES HASTA 4 AÑOS, NOS LIMITA EN CUANTO A PODER LIBERAR LAS FIANZAS QUE SIRVIERON DE GARANTÍA PARA ESTOS CONTRATOS. POR LO QUE ENTIENDASE QUE UNA AFIANZADORA MANIFIESTE "QUE LAS FIANZAS NO HA SIDO MOTIVO DE RECLAMO" SIGNIFICA QUE A LA FECHA, LA EMPRESA HA CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS Y QUE POR LO TANTO SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS ALCANCES DEL NUMERAL 6.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SEÑADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE COMO OPCION, CARTAS DE LAS AFIANZADORA DONDE MANIFIESTE QUE LA(S) FIANZA(S) QUE SOPORTAN LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTAN, NO HA(N) SIDO MOTIVO DE RECLAMO. ¿SE ACEPTA?</p>	
54710	MEDIXSA SA DE CV	ID 617454 DE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	<p>ID 617454 DE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV DADO QUE COMO SE EXPLICO LOS CONTRATOS RECIENTES ESTAN SUJETO A GARANTÍAS EXTENDIDAS POR LOS CUALES NO PUEDEN SER LIBERADAS, SOLICITAMOS SE ACEPTE AMPLIAR EL PLAZO DE LOS CONTRATOS POR 5 AÑOS ES</p>	<p>00000060 NO SE ACEPTA</p>



2024

Felipe Carrillo

PUERTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			DECIR DE 2019 A LA FECHA ¿SE ACEPTA?	
54711	ABSTEL SA DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615728 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV	DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE A NUESTRA CONSULTA, NOS PERMITIMOS MENCIONAR A LA CONVOCANTE QUE LOS BITS EN LA PANTALLA DE ADQUISICIÓN SE REFIEREN A LA PROFUNDIDAD DE COLOR O A EL NÚMERO DE COLORES QUE SE PUEDEN REPRESENTAR, POR LO QUE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PERMITA CUMPLIR ESTE PUNTO COMO: 16 MILLONES DE COLORES O MAYOR, LO QUE REPRESENTA QUE NUESTRA PANTALLA TIENE LA CAPACIDAD DE 24 BITS (8 BITS POR CADA COMPONENTE RGB, POR LO QUE, APLICANDO LA FÓRMULA: NÚMERO DE COLORES= 2 X PROFUNDIDAD DE COLOR= 2 X 24 BITS= 16.77 MILLONES DE COLORES)¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
54712	ABSTEL SA DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615730 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA RESPUESTA DADA A NUESTRA PREGUNTA, DEBIDO A QUE LA PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA ESTA SOBRE EVALUADA YA QUE LOS DETECTORES UTILIZADOS EN FLUOROSCOPIA SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE INTEGRADOS EN LA SUPERFICIE DE LA MESA, POR LO QUE MANTENER LA PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS DE 6, ESTA SIENDO ARBITRARIA DEBIDO A QUE NO HAY UNA RAZÓN TÉCNICA QUE AMPARE QUE UN DETECTOR QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE PROTEGIDO POR UNA ESTRUCTURA ROBUSTA DE FIBRA DE CARBÓN POR ENCIMA, POR ABAJO Y POR LOS LADOS TENGA QUE	NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

00000000

00000061



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>POSEER PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS DE ESE NIVEL, ESTO NO SOLO NO APORTA VALOR SINO QUE ESTA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO Y FAVORECE ÚNICAMENTE A UNA CASA COMERCIAL VIOLENTANDO LA LIBRE COMPETENCIA.</p>	
54713	ABSTEL SA DE CV	<p>DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615717 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV</p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA RESPUESTA DADA A NUESTRA PREGUNTA, DEBIDO A QUE LA UTILIZACIÓN DE UNO O DE DOS PUNTOS FOCALES ESTA COMPLETAMENTE LIGADA A LA CAPACIDAD QUE TENGA EL SISTEMA DE SUMINISTRAR LA SUFICIENTE POTENCIA PARA ADQUISICIÓN CON ALTA POTENCIA UTILIZANDO PARA ELLO UN PUNTO FOCAL GRUESO, MIENTRAS QUE PARA PROYECCIONES CON BAJA POTENCIA UTILIZAN EL PUNTO FOCAL FINO. POR LO ANTERIOR, NUESTRO SISTEMA CON UN ÚNICO PUNTO FOCAL ES CAPAZ DE PROPORCIONAR AMBAS POTENCIAS SIENDO MÁS ÓPTIMO, MEJORANDO NO SOLO CON ELLO EL RENDIMIENTO DEL TUBO AL GENERAR MENOS CALOR CON UN PUNTO FOCAL MÁS PEQUEÑO SINO TAMBIÉN OPTIMIZA EL DESEMPEÑO DEL TUBO EN GENERAL SIENDO MÁS DURADERO EN EL TIEMPO. POR LO QUE, NO ACEPTAR NUESTRO DISEÑO SOLO ESTA DELIMITANDO LA PARTICIPACIÓN ÚNICAMENTE A SISTEMAS CON UN ÚNICO DISEÑO QUE NO ES EL ÚNICO NI EL MEJOR PARA ESTE TIPO DE SISTEMAS, LO CUAL IMPACTA EN EL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Y CON EL CUÁL SE PRETENDE IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD. POR LO</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA</p> <p>00000062</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>CUAL, REINTERAMOS NUESTRA SOLICITUD QUE SEA ACEPTADO NUESTRO SISTEMA CON UN ÚNICO PUNTO FOCAL. ¿SE ACEPTA?</p>	
54714	ABSTEL SA DE CV	<p>DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615720 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV</p>	<p>AMABLEMENTE DESEAMOS ACLARARLE A LA CONVOCANTE QUE LO QUE SOLICITAMOS EN ESTE PUNTO HACE REFERENCIA ÚNICA Y ESPECÍFICAMENTE AL SIGUIENTE TEXTO : "MEMORIA INTERNA PARA IMÁGENES", HACIENDO REFERENCIA A QUE EL DETECTOR POR SÍ MISMO NO TIENE LA CAPACIDAD DE ALMACENAR LAS IMAGENES ADQUIRIDAS, PARA ESTO EL SISTEMA CUENTA CON UNA COMPUTADORA INTERNA QUE SE ENCARGA DE ALMACENAR LA IMAGEN ENVIADA Y ADQUIRIDA POR EL DETECTOR, POR LO QUE ESTE TÉRMINO DEBERÍA ESTAR ASOCIADO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES DEL SISTEMA Y NO AL DETECTOR COMO TAL. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 8,000 IMAGENES O SUPERIOR DENTRO DE NUESTRA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>

00000000

00000063



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54715	ABSTEL SA DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ID 615721 DE LA EMPRESA ABSTEL SA DE CV	DEBEMOS ENTENDER POR LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE QUE SERÁ VÁLIDO OFERTAR UN CONTROL DE DISPARO ALÁMBRICO CON UNA CAPACIDAD DE ALCANCE DE 5M. CON EL CUAL PUEDE HACERSE UNA EXPOSICIÓN A ESTA DISTANCIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54722	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ID 617337 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO  PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617337 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UNA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304L YA QUE POR ESTRUCTURA DE ENTIENDE QUE ES LA PARTE EXTERIOR DEL ESTERILIZADOR LA CUAL NO ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL VAPOR (COMO ASÍ LO ESTÁN LA CÁMARA, CHAQUETA, TUBERÍAS Y PUERTA) Y EL TIPO 304L ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA ASEGURAR EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54723	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ID 617339 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO  PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617339 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO SENSOR DE PRESIÓN	NO SE ACEPTA  00000064



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROYECTO  
REVOLUCIONARIO Y ESPERANZA  
DEL MAYAB

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			EN LA CÁMARA YA QUE LA FINALIDAD DEL PUNTO 1.13.9 ES ASEGURAR QUE LA CALIDAD DE ESTERILIZACIÓN SEA LA ADECUADA Y ESTO SE LOGRA CON LA CONSTANTE MONITORIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRINCIPALES QUE SON LA PRESIÓN Y LA TEMPERATURA Y EN CASO DE QUE LA PRESIÓN DETECTADA POR EL SENSOR DE PRESIÓN NO SEA LA ADECUADA, EL EQUIPO PODRÁ EMITIR UNA ALARMA Y ABORTAR EL CICLO, ARROJANDO EL ERROR "FALLA DE PRESIÓN EN LA CÁMARA" Y "PROBLEMA DE VACÍO" ¿SE ACEPTA?	
54724	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PREGUNTA 615994 DE LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MEDICA SA DE CV.	PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO  PUNTO: CON RESPECTO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 615994 DE LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MEDICA SA DE CV.  PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA PARA LA PARTIDA 52, YA QUE LOS CICLOS POR GRAVEDAD SON TECNOLOGIA ESPECIFICA DE UNA MARCA, Y NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA POR BOMBA DE VACÍO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
54725	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA 617324 SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	PARTIDA 28 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL CON RESPECTO A LA RESPUESTA 617324 SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS  PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR CALOR EN EL ÁNODO DE 120 KHU, YA QUE ES DE CAPACIDAD SUFICIENTE PARA TOMAR ESTUDIOS CON EQUIPO PORTÁTIL. ¿SE ACEPTA?	PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES  00000065



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PAÍS

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54726	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PREGUNTA 617 437 DE LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	PARTIDA 30 ARCHIVEROS PARA PORTAOBJETOS CON RESPECTO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 617 437 DE LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS  PREGUNTA: ENTEDEMOS QUE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA (MANUAL Ó FOLLETO EXPEDIDA POR EL FABRICANTE) ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54727	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PREGUNTA CON ID. 617413, DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES	PARTIDA 34 EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS. RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA CON ID. 617413, DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA EL PUNTO 1.15.4.- CAPAZ DE MONTAR CUBREOBJETOS YA SE DE VIDRIO O DE OTRO MATERIAL, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODREMOS OFERTAR COMO OPCIÓN DE OTRO MATERIAL: PLÁSTICO, YA QUE TIENE LA VENTAJA DE PODER DISMINUIR EN UN 3.7% EL TIEMPO DE DIGITALIZACIÓN CON RESPECTO A LA DE VIDRIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54728	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ESPUESTA CON ID 617342 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO  PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617342 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR NOS PERMITA OFERTAR 2 PANTALLAS DE ADQUISICIÓN DE LA	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES  00000066



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO  
DEL MAYA

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			SIGUIENTE MANERA: 1 (UNA) PANTALLA DE 23 PULGADAS EN LA SALA DE ADQUISICIÓN Y 1 (UNA) PANTALLA DE 31.5 PULGADAS EN LA SALA DE EXAMEN (MONTADA EN UN TROLLEY), LO CUAL PRESENTARÍA UNA GRAN VENTAJA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE FLUOROSCOPIA CON SUSTRACCIÓN DIGITAL Y SE PODRÁN VER DURANTE EL EXAMEN EN TIEMPO REAL EN LA SALA DE EXPLORACIÓN, YA QUE EN NINGÚN PUNTO DE LA PROPUESTA ESTÁN SOLICITANDO PANTALLA EN LA SALA DE EXPLORACIÓN Y DE ESTA MANERA ADEMÁS DE CUMPLIR LO SOLICITADO SE ESTÁN OTORGANDO CARACTERÍSTICAS SUPERIORES SIN ENCARECER LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	
54729	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID 617342 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPIA DIGITAL CON TELEMANDO  PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617342 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV  PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR EN ESTE PUNTO UNA PANTALLA TÁCTIL INTEGRADA EN LA CONSOLA DE CONTROL Y UNA PANTALLA ADICIONAL PARA LA ADQUISICIÓN. ¿SE ACEPTA?	FUE RESPUESTA POSITIVA

00000000

00000067



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54730	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID 617343 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	<p>PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO</p> <p>PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617343 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE NOS REFERIMOS AL PUNTO 1.7.1.3.- 14 BITS O MAYOR. POR LO QUE LA PREGUNTA SE MANTIENE COMO:</p> <p>LOS BITS EN LA PANTALLA DE ADQUISICIÓN SE REFIEREN A LA PROFUNDIDAD DE COLOR O EL NÚMERO DE COLORES QUE SE PUEDE REPRESENTAR, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO 16 MILLONES DE COLORES O MAYOR, PARTIENDO DE QUE NUESTRA PANTALLA TIENE LA CAPACIDAD DE 8 BITS POR CADA COMPONENTE RGB, LO QUE SE TRADUCE EN 24 BITS POR PIXEL QUE APLICANDO LA SIGUIENTE FORMULA NOS DA UN TOTAL DE:</p> <p>NUMERO DE COLORES=2<sup>n</sup>PROFUNDIDAD DE COLOR 2<sup>n</sup>24 BITS = 16.77 MILLONES DE COLORES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
54731	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID 617347 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617347 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y</p>	00000068 SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA DADO A QUE EN TODO MOMENTO EL PATÓLOGO TENDRÁ VISUALIZACIÓN DESDE SU ESTACIÓN DE TRABAJO A TRAVÉS DE SU SISTEMA DE TRAZABILIDAD, LLAMADO LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS SEÑALADAS EN EL COLLEGE AMERICAN PATHOLOGISTH (CAP) ACERCA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAMINILLAS, CONOCIDA COMO PATOLOGÍA DIGITAL, INDICAN QUE LA GESTIÓN ES UN PROCESO QUE DEBE SER RESPONSABILIDAD DEL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, SE LE PROPONE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD DE LA ALERTA PARA CASOS URGENTES O PRIORITARIOS DE PERSONAL ESTE EMBEBIDA EN EL LIS DE AP, ¿SE ACEPTA?</p>	
54732	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV  38000000	RESPUESTA CON ID 617355 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617355 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE ENTENDEMOS QUE, POR IMPORTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, SE HACE REFERENCIA A QUE EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, DEBE PERMITIR QUE EN EL</p>	<p>TODOS LOS SISTEMAS DEBEN SER INTEROPERABLES ENTRE ELLOS</p> <p>00000069</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			ANALISIS MACROSCOPICO SE IMPORTEN IMÁGENES EN FORMATO .JPG O .PNG, DESDE EL ARCHIVO DE IMÁGENES DEL COMPUTADOR QUE TENGA ACCESO AL SISTEMA, PARA SU VISUALIZACIÓN, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	
54733	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID 617364 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617364 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV  PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SU RESPUESTA YA QUE ENTENDEMOS QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SE REFIERE A NÚMERO DE LAMINILLAS Y NO AL NÚMERO DE ESTUDIOS (CASOS).	ACTUALMENTE LA UNIDAD HOSPITALARIA NO REALIZA DICHOS ESTUDIOS, SIN EMBARGO SE ESTIMAN 32605 CASOS AL AÑO
54734	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID 617400 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES  PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617400 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV  PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE DE UNA IMPRESORA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO 2.3 DEL ANEXO DE LA PARTIDA 41, LA CUAL	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES  00000070



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>PERMITA IMPRIMIR DESDE EL SISTEMA DE LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, LOS CASSETS YA CODIFICADOS POR CADA UNO DE LOS BLOQUES REQUERIDOS EN MACROSCOPIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
54735	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	<p>RESPUESTA CON ID 617399 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p>	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617399 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA TÉCNICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SE NOS PERMITA OFERTAR QUE EL RESPALDO ELÉCTRICO SE LLEVE A CABO EN LOS UPS DE 30 KVA, DESCRITOS EN EL PUNTO 1.4.13 DOS UPS 30 KVA, ON LINE DOBLE CONVERSIÓN, TECNOLOGÍA PFC CONTROL TOTALMENTE DIGITAL (DSP) LA SALIDA PUEDE SOPORTAR CARGAS 100% DESBALANCEADAS, YA QUE HACE REFERENCIA A DOS CENTROS DE CARGA, CON CAPACIDAD DE RESPALDAR TODO EL SISTEMA DE LABORATORIO DE LA PARTIDA 41 "SISTEMA" INCLUYENDO EL SERVIDOR Y SERVIDOR REDUNDANTE, LOS DOS DIGITALIZADORES, LAS ESTACIONES DE VISUALIZACIÓN, ESTACIONES DE TRAZABILIDAD E IMPRESORAS, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE LOS UPS INDIVIDUALES NO GARANTIZAN QUE LOS</p>	<p>NO SE ACEPTA</p> <p>00000071</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



3

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			EQUIPOS TENGAN EL TIEMPO DE RESPALDO SUFICIENTE PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA?	
54736	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID 617402 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES:</p> <p>PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617402 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA TÉCNICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SE NOS PERMITA OFERTAR QUE EL RESPALDO ELÉCTRICO SE LLEVE A CABO EN LOS UPS DE 30 KVA, DESCRITOS EN EL PUNTO 1.4.13 DOS UPS 30 KVA, ON LINE DOBLE CONVERSIÓN, TECNOLOGÍA PFC CONTROL TOTALMENTE DIGITAL (DSP) LA SALIDA PUEDE SOPORTAR CARGAS 100% DESBALANCEADAS, YA QUE HACE REFERENCIA A DOS CENTROS DE CARGA, CON CAPACIDAD DE RESPALDAR TODO EL SISTEMA DE LABORATORIO DE LA PARTIDA 41 "SISTEMA" INCLUYENDO EL SERVIDOR Y SERVIDOR REDUNDANTE,</p>	NO SE ACEPTA

279000000

00000072

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REGPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>LOS DOS DIGITALIZADORES, LAS ESTACIONES DE VISUALIZACIÓN, ESTACIONES DE TRAZABILIDAD E IMPRESORAS, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE LOS UPS INDIVIDUALES NO GARANTIZAN QUE LOS EQUIPOS TENGAN EL TIEMPO DE RESPALDO SUFICIENTE PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA?</p>	
54737	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	RESPUESTA CON ID 617403 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617403 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA TÉCNICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SE NOS PERMITA OFERTAR QUE EL RESPALDO ELÉCTRICO SE LLEVE A CABO EN LOS UPS DE 30 KVA, DESCRITOS EN EL PUNTO 1.4.13 DOS UPS 30 KVA, ON LINE DOBLE CONVERSIÓN, TECNOLOGÍA PFC CONTROL TOTALMENTE DIGITAL (DSP) LA SALIDA PUEDE SOPORTAR CARGAS 100% DESBALANCEADAS, YA QUE HACE REFERENCIA A DOS CENTROS DE CARGA, CON CAPACIDAD DE RESPALDAR TODO EL SISTEMA DE LABORATORIO DE LA PARTIDA 41 "SISTEMA" INCLUYENDO EL SERVIDOR Y</p>	NO SE ACEPTA

00000073



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>SERVIDOR REDUNDANTE, LOS DOS DIGITALIZADORES, LAS ESTACIONES DE VISUALIZACIÓN, ESTACIONES DE TRAZABILIDAD E IMPRESORAS, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE LOS UPS INDIVIDUALES NO GARANTIZAN QUE LOS EQUIPOS TENGAN EL TIEMPO DE RESPALDO SUFICIENTE PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA?</p>	
54738	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	<p>RESPUESTA CON ID 617404 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p>	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA CON ID 617404 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA TÉCNICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SE NOS PERMITA OFERTAR QUE EL RESPALDO ELÉCTRICO SE LLEVE A CABO EN LOS UPS DE 30 KVA, DESCRITOS EN EL PUNTO 1.4.13 DOS UPS 30 KVA, ON LINE DOBLE CONVERSIÓN, TECNOLOGÍA PFC CONTROL TOTALMENTE DIGITAL (DSP) LA SALIDA PUEDE SOPORTAR CARGAS 100% DESBALANCEADAS, YA QUE HACE REFERENCIA A DOS CENTROS DE CARGA, CON CAPACIDAD DE RESPALDAR TODO EL SISTEMA DE LABORATORIO DE LA PARTIDA 41 "SISTEMA" INCLUYENDO EL SERVIDOR Y SERVIDOR REDUNDANTE,</p>	<p>NO SE ACEPTA</p>





ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
54740	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PREGUNTA 617410 DE LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	<p>PARTIDA: PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>CON RESPECTO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 617410 DE LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS</p> <p>PREGUNTA: SUGERIMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA DEBIDO A QUE LA PARTIDA 41 ES MÁS COMPLEJO QUE UN EQUIPO, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, CON EL FIN DE NO AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA UNIDAD MÉDICA, LA EMPRESA ADJUDICADA TENGA LA POSIBILIDAD DE PODER PROPORCIONAR UN SERVICIO SUBROGADO SIN COSTO ADICIONAL CON IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</p>
54741	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PREGUNTA CON ID. 617295, DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES	<p>PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA CON ID. 617295, DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE EL MODO ENDOSCOPIA, PERMITE UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE VASOS, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA</p>
54742	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PREGUNTA CON ID. 617296, DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES	<p>PARTIDA 8 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA CON ID. 617296, DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE EL MODO ENDOSCOPIA,</p>	<p>00000076</p> <p>NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA</p>



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>PERMITE UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE VASOS, ¿SE ACEPTA?</p>	
54743	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PREGUNTA CON ID. 617302, DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES	<p>PARTIDA 10 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA CON ID. 617302, DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE TENER EL UPS POR SEPARADO FACILITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
54744	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	<p>RESPUESTAS CON ID 617399, 617402, 617403, 617404 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p>	<p>PARTIDA 41 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS CON ID 617399, 617402, 617403, 617404 DADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV</p> <p>PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LAS 4 RESPUESTAS ANTERIORES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ ES LO QUE SE CONECTARÁ A LOS UPS SOLICITADOS EN EL PUNTO: 1.4.13 DOS UPS 30 KVA, ON LINE DOBLE CONVERSIÓN, TECNOLOGÍA PFC CONTROL TOTALMENTE DIGITAL (DSP) LA SALIDA PUEDE SOPORTAR CARGAS 100% DESBALANCEADAS, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ESTÁ</p>	NO SE ACEPTA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			MUY SOBRADA EN CASO DE QUE SÓLO SE REQUIERE SOPORTAR SERVIDORES.	

IV.- PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LA FECHA SEÑALADA EN EL NUMERAL 3.2 CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024, SE POSPONE PARA EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS CONFORME A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

V. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UJPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX](https://UJPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX).

ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN HORA POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONVOCANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EN EL PISO 8 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NÚMERO 423, COL. NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE O PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO COMO OBSERVADOR.

SE INFORMA, QUE SE CIERRA EL ACTO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS 21:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A ESTE ACTO, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA SECRETARÍA, QUIENES RECIBIRÁN COPIA DE LA PRESENTE ACTA POR CORREO ELECTRÓNICO.

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	00000078
	LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECUSAOS MATERIALES	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".



	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD	LIC. OSCAR MILLÁN ZAMBRANO REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	ING REBECA RODRÍGUEZ ROBLES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EQUIPOS, INSUMOS DE LABORATORIO E IMAGEN	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. DANIELA GÓMEZ GONZÁLEZ REPRESENTANTE	
COORDINACIÓN ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMSS-BIENESTAR	DRA. ZAIRA JAZMÍN PADILLA LLAMAS REPRESENTANTE	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE REPREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-T-7-2024, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PARA LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO".

FIN DEL ACTA

27000000

00000079